

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 564.002.0631.02.01 FECHA IMP.: 21/12/2015
CLAVE PREI: 000000000016239 HORA IMP.: 20:17:27
NOMBRE GENÉRICO


BANDA SIN FIN CON RUTINAS PROGRAMADAS

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1. **Definición:**
 - 1.1. Equipo para Medicina Física y Rehabilitación, motorizado con rutinas programadas.
2. **Descripción:**
 - 2.1. Sistema de impulsión por motor de AC.
 - 2.2. Con sistema de alineación de la banda.
 - 2.3. Banda con cubierta reversible de doble lado y acojinada.
 - 2.4. Con apoyos laterales o pasamanos.
 - 2.5. Botón de paro de la rutina.
 - 2.6. Rango de velocidad de 0.5 a 10 millas por hora (0.8 a 16 Km/h).
 - 2.7. Rango de elevación de 0 a 25°.
 - 2.8. Con rutinas programadas y protocolos de ejercicios preprogramados.
3. **Accesorios:**
 - 3.1. No requiere.
4. **Consumibles:**
 - 4.1. No requiere.
5. **Instalación:**
 - 5.1. Corriente eléctrica 120 V $\pm 10\%$, 60 Hz.
6. **Mantenimiento:**
 - 6.1. Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
7. **Normas y Estándares vigentes:**
 - 7.1. **Para bienes nacionales e internacionales:**
 - 7.1.1. Certificado de calidad ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.
 - 7.2. **Para bienes internacionales:**
 - 7.2.1. Certificado FDA o CE o el equivalente del país de origen.



Daniel Broid
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica



Ing. Miguel Ángel Rojas González
Titular de la División de Equipamiento Médico

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE