


CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

LICITACION		CANTIDAD	
		F. ACTUALIZACION:	17-10-2014
PARTIDA		H. ACTUALIZACION	13:38:29
CLAVE SAI	531.500.0538.02.01	F. IMPRESION	19/12/2014
CLAVE PREI	000000000011931	HORA:	13:38:00
NOMBRE GÉNÉRICO			
EQUIPO DE TERMOTERAPIA A TRAVES DE PARTICULAS DE CELLEX, PARA EXTREMIDADES SUPERIORES			

ESPECIFICACIONES

1. Definición
2. Descripción
 - 2.1 Equipo de termoterapia a través de partículas de cellex para extremidades superiores (mano, muñeca y codo)
 - 2.2 Control para
 - 2.2.1 Temperatura
 - 2.2.2 Presión
 - 2.2.3 Oscilación
 - 2.2.4 Tiempo de tratamiento
3. Accesorios
 - 3.1 Base rodable con
 - 3.1.1 Ruedas antiestáticas
 - 3.1.2 Con sistema de frenado en al menos dos ruedas
4. Consumibles
 - 4.1 Bolsas o envase de 4 a 5 kg. con partículas de Cellex. (2 bolsas)
 - 4.2 Filtros de entrada de malla con nylon (2 piezas)
 - 4.3 Manga con anillo (2 piezas))
5. Instalación.
 - 5.1 Corriente eléctrica 120V/60Hz.
6. Mantenimiento.
 - 6.1 Programa calendarizado o calendario de servicios, que incluya la descripción de las acciones a efectuar, conforme al manual de servicio.
- Normas y Estándares (documentos vigentes)
 - 7.1 Registro Sanitario.
 - 7.2 Certificado de calidad ISO-9001-2000 o ISO-13485 o TÜV o ISO 9001-2008.
 - 7.3 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.


Daniel Broid

Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica


Ing. Miguel Angel Rojas González
Jefe de la División de Equipamiento Médico

LICITANTE	
MARCA	
MODELO	
CATALOGO	

HOJA 1 DE 1

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE