

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Planeación
de Infraestructura Médica



CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

LICITACION	CANTIDAD
PARTIDA	F. ACTUALIZACION: 11/12/2014
CLAVE SAI	H. ACTUALIZACION: 14:12:14
CLAVE PREI	F. IMPRESION: 11/12/2014
NOMBRE GENERICO	
HORA: 14:12:00	
UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA	

LICITANTE
MARCA
MODELO
CATALOGO
HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

- Definición
 - Unidad electromecánica que permite incluir tejidos en parafina
- Descripción
 - Placa calefactora con rango de 55 a 70°C.
 - Placa fría con temperatura hasta -10°C.
 - Superficie de inclusión sellada.
 - Tanque contenedor de parafina removible.
 - Tanque calefactor contenedor de al menos 60 casetes con parrilla y charola removible.
 - Tanque contenedor de parafina de 2 a 5 litros dentro del rango de 45 a 65 ± 0.2°C.
 - Control manual y de pedal del flujo de parafina.
 - Calentador de fórceps (pinzas).
 - Lupa integrada.
 - Dimensiones de 95 x 95 x 61 ± 10 cm.
- Accesorios
 - No requiere.
- Consumibles
 - Cinco envases con parafina, cada uno de 1 Kg
 - Cinco fórceps (pinzas)
- Instalación
 - Corriente eléctrica 120V/60 Hz
- Mantenimiento
 - Programa calendarizado o calendario de mantenimiento preventivo, que incluya la descripción de las actividades a efectuar.
- Normas y estándares. (Documentos vigentes)
 - Registro Sanitario.
 - Certificado de calidad ISO 9001-2000 o ISO 9001-2008 o Certificado de calidad ISO 13485 o TÜV.
 - Certificado FDA. o CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

Daniel Broid

Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.

Ing. Miguel Ángel Rojas González
Jefe de la División de Equipamiento
Médico

Dr. José Luis Estrada Aguilar
Jefe de la División Institucional de
Cuadros Básicos de Insumos para la Salud

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO
POR EL LICITANTE