

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 531.110.0209.02.01 FECHA IMP.: 23/03/2018
CLAVE PREI: 000000000011656 HORA IMP.: 17:53:28

NOMBRE GENÉRICO

BÁSCULA ELECTRÓNICA

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____ FABRICANTE: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- 1 Definición :
- 2 Descripción:
 - 2.1 Equipo para determinar el peso corporal en neonatos, lactantes y pediátricos.
 - 2.2 Báscula con despliegue digital del peso en pantalla.
 - 2.3 Capacidad de hasta 20 kg. de peso.
 - 2.4 Lectura en gramos y kilogramos.
 - 2.5 División de 5 gramos o mayor.
 - 2.6 Platillo o charola.
 - 2.7 Funciones:
 - 2.7.1 Tara.
 - 2.7.2 Hold.
 - 2.8 Nivel de resolución.
 - 2.9 Indicador de batería baja.
 - 2.10 Alimentación por batería y/o
 - 2.11 Eliminador de corriente.
- 3 Accesorios
 - 3.1 Adaptador AC-DC y/o
 - 3.2 Eliminador/cargador de baterías.
- 4 Consumibles:
 - 4.1 Batería recargable.
- 5 Instalación:
 - 5.1 Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
- 6 Mantenimiento:
 - 6.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Lic. David Baca Grande
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzman.
Titular de la División de Equipamiento Médico.