

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 531.110.0175.02.01 FECHA IMP.: 23/03/2018
CLAVE PREI: 000000000011655 HORA IMP.: 17:53:11

NOMBRE GENÉRICO

BÁSCULA ELECTRÓNICA CON ESTADÍMETRO.

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____ FABRICANTE: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- 1 Definición.
- 2 Descripción:
 - 2.1 Equipo fijo para determinar el peso y la talla corporales.
 - 2.2 Báscula con despliegue digital del peso en pantalla, lectura en kilogramos.
 - 2.3 Rango de medición: 0 a 180 Kilogramos o mayor.
 - 2.4 División: 100 g o menor.
 - 2.5 Funciones:
 - 2.5.1 Tara.
 - 2.5.2 HOLD.
 - 2.5.3 Índice de masa corporal (BMI y/o IMC).
 - 2.5.4 Desconexión automática.
 - 2.6 Estadímetro:
 - 2.6.1 Diseñado en acero o aluminio anodizado.
 - 2.6.2 Rango de medición de 60 a 200 cm. como mínimo.
 - 2.6.3 Con división de: 1 mm.
 - 2.6.4 Con graduaciones en centímetros y pulgadas.
- 3 Accesorios:
 - 3.1 Eliminador/cargador de baterías.
 - 3.2 Adaptador de 120V/60 Hz.
- 4 Consumibles:
 - 4.1 Batería recargable.
- 5 Instalación:
 - 5.1 Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
- 6 Mantenimiento:
 - 6.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Lic. David Baca Grande
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzman.
Titular de la División de Equipamiento Médico.