



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 531.562.0756.02.01 FECHA IMP.: 22/03/2018
CLAVE PREI: 000000000011941 HORA IMP.: 17:45:05

NOMBRE GENÉRICO

GENERADOR O LAMPARA DE RAYOS INFRARROJOS

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Definición:

- 1.1 Generador o lámpara de rayos infrarrojos para proporcionar calor superficial con fines de rehabilitación.

2 Descripción:

- 2.1 Generador o lámpara de rayos infrarrojos
2.2 Soporte
2.2.1 De altura ajustable
2.2.2 Con Capacidad de extensión sobre la cama del paciente.
2.3 Con controles de intensidad de luz
2.4 Tiempo de emisión de
2.5 Alarma visual de tiempo de exposición completo.
2.6 Control manual de interrupción de la emisión de luz.
2.7 Base Rodable.

3 Accesorios:

- 3.1 Equipo supresor de picos.

4 Consumibles:

- 4.1 Dos generadores o focos infrarrojos.

5 Instalación:

- 5.1 Corriente eléctrica:
5.1.1 120 V +/- 10%, 60 Hz.

6 Mantenimiento:

- 6.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Lic. David Baca Grande
Titular de la Coordinación de
Planeación de Infraestructura Médica

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Titular de la División de Equipamiento Médico

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE