

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO  
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 531.803.0029.02.01 FECHA IMP.: 22/03/2018  
CLAVE PREI: 000000000012117 HORA IMP.: 17:45:27

**NOMBRE GENÉRICO**

**SABANA TÉRMICA CON AIRE CALIENTE**

LICITANTE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
LICITACIÓN: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ CATALOGO: \_\_\_\_\_  
CANTIDAD: \_\_\_\_\_

HOJA 1 de 1

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

**1 Definición:**

- 1.1 Equipo electromecánico, rodable que permite regular la temperatura corporal del paciente pediátrico o adulto por método no invasivo

**2 Descripción:**

- 2.1 Con control eléctrico.  
2.2 Gabinete:  
2.2.1 **Panel de control:**  
2.2.1.1 Indicador de la temperatura seleccionada.  
2.2.1.2 Alarmas audibles y/o visibles.  
2.3 Sistema neumático  
2.4 Eficiencia de trabajo.  
2.5 Manguera o tubo.  
2.6 **Base rodable.**  
2.7 Termostato con protección de sobre temperatura.  
2.8 Potencia máxima de calentamiento.  
2.9 Cantador de horas de servicio.

**3 Consumibles:**

- 3.1 Sabana termoneumática desechable  
3.1.1 De material antialérgico  
3.1.2 Antiestático  
3.1.3 De combustión lenta  
3.1.4 Repelente  
3.1.5 Filtro de aire para partículas  
3.1.6 Tamaño adulto (30 piezas )  
3.1.7 Tamaño pediátrico (30 piezas)

**4 Accesorios:**

- 4.1 Equipo supresor de picos.

**5 Instalación:**

- 5.1 Corriente eléctrica:  
5.1.1 120 V +/- 10%, 60 Hz.

**6 Mantenimiento:**

- 6.1 Mantenimiento correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.  
6.1.1 No requiere mantenimiento preventivo.

Lic. David Baca Grande  
Titular de la Coordinación de  
Planeación de Infraestructura Médica

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán  
Titular de la División de Equipamiento Médico

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**