

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 531.568.0057.03.01 FECHA IMP.: 16/03/2018
CLAVE PREI: 0000000000011952 HORA IMP.: 19:46:28

NOMBRE GENÉRICO

LARINGOSCOPIO.

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Definición

1.1 Laringoscopio para observación de la laringe e intubación endotraqueal.

2 Descripción

2.1 Mango (Indicar marca y modelo):

2.1.1 Metálico, anticorrosivo y de acabado moleteado.

2.1.2 Compatibles con todos los modelos de hojas.

2.1.3 Con iluminación Xenón Halógena o LED de 2.5 volts como mínimo (Indicar número de parte).

2.1.4 Alimentación por baterías alcalinas compatibles con el mango, tipo C, tipo D o tipo AA.

2.2 Hojas hechas de acero inoxidable con fibra óptica:

2.2.1 Tipo Macintosh (curva sin aristas ni ángulos), tamaños:

2.2.1.1 Neonatal. 0

2.2.1.2 Pediátrico. 1, 2

2.2.1.3 Adultos. 3, 4 o 5

2.2.2 Tipo Miller (recta), tamaños:

2.2.2.1 Neonatal 00, 0

2.2.2.2 Pediátrico. 1, 2

2.2.2.3 Adultos. 3, 4 o 5

3 Accesorios

3.1 Estuche rígido para guarda del equipo y accesorios.

4 Consumibles

4.1 Lámpara de repuesto en el caso de ofertar tecnología Xenón Halógena (Indicar número de parte).

4.2 Al menos dos juegos de Baterías alcalinas compatibles con el mango.

5 Instalación

5.1 No requiere

6 Mantenimiento

6.1 No requiere

Lic. David Baca Grande

Titular de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán

Titular de la División de Equipamiento Médico

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE