

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 531.616.0976.04.01 FECHA IMP.: 22/03/2018
CLAVE PREI: 00000000020660 HORA IMP.: 13:22:50
NOMBRE GENÉRICO
MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL MECÁNICO HIDRÁULICA
(PARA GINECOLOGÍA)

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 2

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- 1 Definición :
 - 1.1 Mesa para facilitar el procedimiento quirúrgico con posiciones adecuadas para la paciente y el cirujano.
- 2 Descripción:
 - 2.1 Mesa mecánico hidráulica rodable.
 - 2.2 Que soporte un peso de 185 Kg o mayor.
 - 2.3 Con sistema de frenos.
 - 2.4 Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 210 cm \pm 10 cm.
 - 2.5 Base con cubierta de acero inoxidable o acero al cromo níquel o polímero resistente al alto impacto.
 - 2.6 Cubierta de la columna en acero inoxidable o acero al cromo níquel.
 - 2.7 Estructura de la superficie en acero inoxidable o acero al cromo níquel o acero al carbón pintado y
 - 2.7.1 Rieles laterales en acero inoxidable o acero al cromo níquel.
 - 2.8 Superficie radiotransparente en todas sus secciones.
 - 2.9 Mesa dividida en al menos cinco secciones:
 - 2.9.1 Cabecera.
 - 2.9.2 Dorso.
 - 2.9.3 Elevador de la región lumbar o de riñón, para dar la posición de nefrectomía (la mesa debe tener la capacidad para dar la posición).
 - 2.9.4 Pelvis y
 - 2.9.5 Miembros inferiores o piernas en placas independientes, desmontables, abatibles de 0 a -90 grados y con movimiento de tijera.
 - 2.10 Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de \pm 20 grados o mayor.
 - 2.11 Movimientos mecánico-hidráulicos accionados por medio de pedales y/o manivelas:
 - 2.11.1 Ascenso y descenso de la mesa, que cubra el rango de 70 a 110 cm. \pm 10 cm con respecto al piso.
 - 2.11.2 Inclinación del respaldo para dar posición de Fowler o semifowler, de -35° / +70° o mayor.
 - 2.11.3 Que permita dar posición de Kraske o navaja sevillana.
 - 2.11.4 Trendelenburg de 0 a -25 grados o mayor.
 - 2.11.5 Trendelenburg inverso de 0 a 25 grados o mayor.
 - 2.11.6 Inclinación lateral izquierda y derecha de 15° o mayor.
 - 2.12 Cojines independientes, uno para cada sección de la mesa, eléctricamente conductivos o antiestáticos removibles sin costuras visibles y,
 - 2.12.1 Permeables a los Rayos X.
- 3 Accesorios:
 - 3.1 De la misma marca de la mesa. Las partes metálicas de los accesorios deben ser en acero inoxidable o acero al cromo níquel.
 - 3.1.1 Arco de anestesia con fijadores. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
 - 3.1.2 Poste para infusiones con fijador. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
 - 3.1.3 Soporte acojinado para brazo con fijador. (2 piezas). Al menos uno de ellos para brindar apoyo en las posiciones: decúbito lateral o Sims. (Incluir marca y

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 531.616.0976.04.01 FECHA IMP.: 22/03/2018
CLAVE PREI: 000000000020660 HORA IMP.: 13:22:50

NOMBRE GENÉRICO
**MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL MECÁNICO HIDRÁULICA
(PARA GINECOLOGÍA)**

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 2 de 2

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- modelo y/o número de catálogo).
- 3.1.4 Soportes para hombros acojinados con fijadores. (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
- 3.1.5 Soportes laterales acojinados con fijadores. (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
- 3.1.6 Cinturón para paciente con fijadores. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
- 3.1.7 Pierneras articuladas tipo Goepel acojinadas, con fijadores. (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
- 3.1.8 Soporte de piernas de doble listón o **con soporte** de talón para posición de litotomía, (dos **piezas**). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
- 3.1.9 Charola porta chasis de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).

4 Consumibles:

- 4.1 No aplica.

5 Instalación.

- 5.1 No requiere

6 Mantenimiento.

- 6.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Lic. David Baca Grande
Titular de la Coordinación de Planeación
de Infraestructura Médica

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Titular de la División de Equipamiento Médico