

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO  
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 531.562.1457.01.01 FECHA IMP.: 16/03/2018  
CLAVE PREI: 000000000011947 HORA IMP.: 20:21:33  
NOMBRE GENÉRICO

**LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED.**

LICITANTE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
LICITACIÓN: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ CATALOGO: \_\_\_\_\_  
CANTIDAD: \_\_\_\_\_

HOJA 1 de 1

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS****1 Definición**

- 1.1 Aparato portátil, rodable de iluminación eléctrica para la examinación durante la exploración física del paciente.

**2 Descripción**

- 2.1 Lámpara de examinación de luz LED, cabezal pequeño.  
2.2 Fuente de luz con LED blanco (Indicar número de parte).  
2.3 Intensidad de luz de 20,000 luxes como mínimo a una distancia entre 40 y 60 cm.  
2.4 Temperatura de color entre 5,000 grados Kelvin como mínimo hasta 6,500 grados Kelvin como máximo.  
2.5 Tiempo de vida útil del LED 50,000 horas como mínimo.  
2.6 Cabezal de iluminación compacta.  
2.7 Longitud del brazo flexible de 100 cm como mínimo.  
2.8 Con diámetro de iluminación variable que cubra completamente el rango de 10 a 25 cm a una distancia fija de 40 cm.

**3 Accesorios**

- 3.1 Sistema para fijación de la lámpara.  
3.1.1 Soporte con base rodable y freno (Indicar marca y modelo y/o número de parte).

**4 Consumibles**

- 4.1 No aplica

**5 Instalación**

- 5.1 Corriente eléctrica 120V  $\pm$ 10%, 60 Hz.

**6 Mantenimiento**

- 6.1 Mantenimiento correctivo conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Lic. David Baca Grande

Titular de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán

Titular de la División de Equipamiento Médico

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**