



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de
Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición
de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR040-E25-2021**

“ADQUISICIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO FIJO DE ALTA TECNOLOGÍA Y DE CAMPO DE HIGIENE INDUSTRIAL DE LOS LABORATORIOS REGIONALES DE SALUD EN EL TRABAJO”

En la Ciudad de México, siendo las **13:00 horas** del día **4 de octubre de 2021**, en la División de Equipo y Mobiliario Médico, ubicada en Calle Durango 291, piso 11, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta con el objeto de llevar a cabo el **cierre** de la Junta de Aclaraciones de la Convocatoria indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), 45 y 46 fracción II de su Reglamento (en adelante el Reglamento) y en el numeral 3.4 de la convocatoria.

El acto es presidido por la Licenciada Karla Pacheco Villanueva, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico de la Coordinación de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, de conformidad con las facultades conferidas en el numeral 7.1.3.2.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, así como el numeral 5.3.8. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, con la asistencia de la Lic. María Leticia Romero González, Coordinador de Proyecto E2, en la instrumentación del acta.

Quien preside el acto, es asistida por el Titular de la División de Prevención de Riesgos de Trabajo representante de la Coordinación de Salud en el Trabajo, en su carácter de Área Técnica quien solventará las preguntas (repreguntas) de carácter técnico y cuyo nombre y firma se indica al final del acta. Asimismo, se manifiesta que las preguntas (repreguntas) de carácter administrativo, serán solventadas por el Área Contratante.

Se hace constar que no se encuentran presentes los representantes del Órgano Interno de Control en el Instituto y de la Coordinación de Legislación y Consulta, cuyos nombres y firmas aparecen al final del Acta.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la LAASSP y 45 de su Reglamento, se hace constar que no asistieron personas que manifestaran su interés de estar presentes en este acto como observadores.

1. DESARROLLO DEL ACTO

Se hizo el registro de los asistentes al acto.

Página 1 de 5



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de
Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición
de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR040-E25-2021

“ADQUISICIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO FIJO DE ALTA TECNOLOGÍA Y DE CAMPO DE HIGIENE INDUSTRIAL DE LOS LABORATORIOS REGIONALES DE SALUD EN EL TRABAJO”

Quien preside el acto, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 46 fracción II del Reglamento, a través del acta relativa a la Junta de Aclaraciones que se publicó en CompraNet el 1 de octubre de 2021, se informó a los licitantes que se otorgaba un plazo de 6 horas a partir de la publicación del acta correspondiente para que, en su caso, formularan las preguntas (repreguntas) que consideraran necesarias en relación con la precisión y respuestas emitidas por la convocante. Dicho plazo transcurrió de las 13:46 horas a las 19:46 horas del 1 de octubre de 2021.

Asimismo, indicó que vencido el plazo referido anteriormente, se verificó en el sistema CompraNet si existen preguntas (repreguntas) por parte de los licitantes respecto a la precisión y respuestas dadas a las solicitudes de aclaración, señalando que SI se recibieron preguntas (repreguntas) tal como se consta en la pantalla del Sistema CompraNet que se acompaña a la presente acta como **Anexo 1**, de los siguientes licitantes:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PREGUNTAS (REPREGUNTAS)
1	GBC Scientific Equipment de México, S.A. de C.V.	3

2. CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS (REPREGUNTAS)

Nombre o razón social del licitante:	GBC Scientific Equipment de México, S.A. de C.V.
---	---

No.	Referencia	Solicitud de aclaración	RESPUESTA
1	Licitante: Instrumentación y Servicios en Analítica, S.A. de C.V. Pregunta 16	Responden a la pregunta del licitante mencionando que las distancias existentes entre la caseta de gases y el punto de instalación será como mínimo 25 hasta un máximo de 40 metros. Actualmente, los fabricantes de los equipos recomiendan en sus manuales de instalación y/o operación que la distancia máxima entre el suministro de gas y la	No, ya que esas instalaciones ya existen y esos son los metros requeridos el proveedor deberá instalar los reguladores de presión, trampas de retroceso o lo que técnicamente se requiera para garantizar que no existan caídas de presión.



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de
Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición
de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR040-E25-2021

“ADQUISICIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO FIJO DE ALTA TECNOLOGÍA Y DE CAMPO DE HIGIENE INDUSTRIAL DE LOS LABORATORIOS REGIONALES DE SALUD EN EL TRABAJO”

		entrada al equipo no debe exceder los 15 metros, ya que pueden existir caídas de presión. ¿Requiere la Convocante que la distancia entre el suministro de gas y la entrada al equipo no exceda los 15 metros?	
2	Licitante: Instrumentación y Servicios en Analítica, S.A. de C.V. Pregunta 16	Responden a la pregunta del licitante mencionando que para la instalación en Nuevo León se requiere incluir caseta de gases. ¿podría la Convocante indicarnos las dimensiones que dicha caseta debe cumplir, especificando la altura, el ancho y la profundidad de esta caseta?	Las medidas requeridas son 2m de alto x 6m de largo x 1.5 de profundidad
3	Licitante: Instrumentación y Servicios en Analítica, S.A. de C.V. Pregunta 16	Con respecto a la caseta aludida en la pregunta anterior, ¿pueden indicarnos si esta caseta debe estar construida con rejilla, o bien estar construida en cemento y contar con una reja? Favor de describir detalladamente lo que requiere la Convocante para que cumplamos con esta solicitud.	Por las características climatológicas de Nuevo León la caseta deberá de estar construida con cemento en el techo y lados y al frente contar con una reja.

3. CIERRE DEL ACTA

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, la presente acta forma parte integrante de la convocatoria a la Licitación.

Para efectos de la notificación, en términos de los artículos 37 Bis de la Ley y 45 del Reglamento, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica de CompraNet y a partir de esta fecha se pone a disposición, copia de la presente acta en el tablero de avisos dispuesto en el





GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de
Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición
de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR040-E25-2021

“ADQUISICIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO FIJO DE ALTA TECNOLOGÍA Y DE CAMPO DE HIGIENE INDUSTRIAL DE LOS LABORATORIOS REGIONALES DE SALUD EN EL TRABAJO”

Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y en su caso, obtener copia de esta. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Se comunica que la fecha para la celebración del **Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones** se llevará a cabo el día **20 de octubre de 2021**, en punto de las **11:00 horas**.

Asimismo, se les pregunta a los asistentes si desean manifestar alguna observación, a lo que respondieron no tener alguna.

Para efectos de la notificación, en términos de los artículos 37 Bis de la Ley y 45 del Reglamento, se difundirá un ejemplar de la presente Acta en la dirección electrónica de CompraNet <https://compranet.hacienda.gob.mx>. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se pone a disposición, copia de esta Acta en el tablero de avisos dispuesto en el piso 11 de la División de Equipo y Mobiliario Médico, del inmueble ubicado en Calle Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los interesados, acudir a enterarse de su contenido y en su caso, obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las 13:00 horas del día 4 de octubre de 2021, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta, quienes reciben copia de la misma.

Esta acta consta de 5 fojas útiles y 1 anexo de 1 foja.

-----FIN DEL TEXTO-----

Página 4 de 5



GOBIERNO DE
MÉXICO







DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de
Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición
de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-050GYR040-E25-2021


“ADQUISICIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO FIJO DE ALTA TECNOLOGÍA Y DE CAMPO DE HIGIENE INDUSTRIAL DE LOS LABORATORIOS REGIONALES DE SALUD EN EL TRABAJO”


Nombre y Cargo	Firma	Antefirma
<p>Lic. Karla Pacheco Villanueva Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico</p>		
<p>Ing. Ricardo Alonso Rivera Beltrán Titular de la División de Prevención de Riesgos de Trabajo Representante del Área Técnica</p>		






[Volver a la Lista](#)

 [Publicación DOF](#)

 [Duplicar Procedimiento](#)

 [Modificar fecha de apertura](#)



Procedimiento : 1069538 - LA-050GYR040-E25-2021 ADQUISICIÓN DE EQUIPO TÉCNICO FIJO DE ALTA TECNOLOGÍA Y DE CAMPO DE HIGIENE INDUSTRIAL DE LOS LABORATORIOS REGIONALES DE SALUD EN EL TRABAJO

 Vigente



Expediente: **2325737**- LA-050GYR040-E25-2021 ADQ. EQUIPO TÁC ALTA TECNOLOGÍA DE LAB. REG.

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 20/10/2021 11:00:00

Administración del Procedimi... [Monitoreo de Licita...](#) [Grupo de Evalua...](#) [Fa...](#) [Discu...](#) [Mensajes Unidad Compradora / Licitantes](#)

[Crear Mensaje](#) [Mensajes Recibidos](#) [Mensajes Enviados](#) [Borrador de Mensajes](#) [Mensajes Adjuntados](#)

Mensajes Recibidos

[Crear Elemento](#)

Introduzca Filtro (escriba para iniciar

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 GBC SCIENTIFIC EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV	01/10/2021 17:07	preguntas sobre j. aclaraciones	01/10/2021 17:16	01/10/2021 17:16	
2 PERKIN ELMER DE MEXICO SA	29/09/2021 10:46	Formato 11.1 Solicitud de aclaraciones	29/09/2021 11:16	29/09/2021 11:16	
3 ANTON PAAR MEXICO	29/09/2021 10:04	ANTON PAAR: Preguntas para la junta de Aclaraciones	29/09/2021 10:46	29/09/2021 10:46	
4 ANALITICA REPRESENTACIONES SA DE CV	29/09/2021 09:31	Envio de Anexo	29/09/2021 10:00	29/09/2021 10:00	
5 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	29/09/2021 09:28	INTENSIÓN DE PARTICIPACIÓN Y SOLICITUD ACLARACIONES	29/09/2021 10:17	29/09/2021 10:17	
6 PERKIN ELMER DE MEXICO SA	29/09/2021 09:23	Formato 11.- Manifestación de Interés en participar	29/09/2021 10:22	29/09/2021 10:22	
7 INSTRUMENTACION Y SERVICIO EN ANALITICA SA DE CV	29/09/2021 08:26	MANIFIESTO DE INTERES Y PREGUNTAS	29/09/2021 10:24	29/09/2021 10:24	
8 MICROIMPORT SA DE CV	28/09/2021 17:46	SOLICITUD DE ACLARACIONES	29/09/2021 10:27	29/09/2021 10:27	
9 MICROIMPORT SA DE CV	28/09/2021 17:44	INTERES DE PARTICIPACION Y SOLICITUD DE ACLARACIONES	29/09/2021 10:28	29/09/2021 10:28	
10 R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	28/09/2021 17:08	PREGUNTAS JUNTA DE ACLARACIONES	29/09/2021 10:39	29/09/2021 10:39	
11 GBC SCIENTIFIC EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV	28/09/2021 16:37	CARTA DE INTERES Y PREGUNTAS	29/09/2021 10:42	29/09/2021 10:42	

Total 11

Página 1 de 1

