



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Médico

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023**

**PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACELERADORES LINEALES PARA UNIDADES DE
SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, SEGUNDA ETAPA 2023**

En la Ciudad de México, siendo las **12:00** horas del día **21** de **febrero** de **2023**, en la Sala 5, Sótano Ala Poniente del edificio de Avenida Paseo de la Reforma No. 476, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06600, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta con el objeto de llevar a cabo el cierre de la Junta de Aclaraciones de la convocatoria indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en lo sucesivo la LAASSP), 45 y 46 fracción II de su Reglamento (en adelante el RLAASSP) y en el numeral 3.4 de la convocatoria.

El acto es presidido por la Mtra. María Gabriela Quintanar Olvera, Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante el Instituto), de conformidad con el numeral 7.1.3.1.2 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, así como el numeral 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto (POBALINES), vigentes.

Se informa que el presente acto está siendo videograbado, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 6 y 8 de la sección II del "Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF) el 20 de agosto de 2015; y los "Acuerdos por el que se Modifica el Diverso que expide el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones", publicados en el DOF el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017.

Quien preside el acto, es asistida por los Representantes del Área Requirente y del Área Técnica, quienes solventarán las solicitudes de aclaración de carácter técnico, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta; el Área Contratante, solventará las solicitudes de aclaración de carácter legal y administrativo.

Asimismo, se informa que se encuentran presentes los representantes de la Coordinación de Legislación y Consulta y del Órgano Interno de Control en el Instituto, cuyos nombres y firmas se señalan al final de la presente.

Página 1 de 5





ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACELERADORES LINEALES PARA UNIDADES DE
SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, SEGUNDA ETAPA 2023

Se hace del conocimiento de los interesados en participar en el presente procedimiento de contratación que de conformidad con el artículo 26 Ter de la LAASSP y el "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los Testigos Sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal" publicados en el DOF el 16 de diciembre de 2004; en el presente procedimiento de contratación se cuenta con la participación de un Testigo Social designado por la Secretaría de la Función Pública, para atestiguar el procedimiento de contratación, cuyo nombre se señala al final de la presente acta.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la LAASSP y 45 del RLAASSP, a este acto no asistió alguna persona que manifestara su interés de estar presente como observador.

DESARROLLO DEL ACTO

De conformidad con el artículo 46, fracción II del Reglamento, a través del acta relativa a la Junta de Aclaraciones que contiene las respuestas a las solicitudes de aclaración recibidas, publicada en CompraNet el 16 de febrero de 2023, se informó a los licitantes que se otorgaba un plazo de 24 horas contados a partir de la publicación de la misma para que en su caso, los licitantes formularan las preguntas (repreguntas) que consideraran necesarias en relación con las respuestas emitidas por la convocante. Dicho plazo transcurrió de las **11:31 horas** del día **16 de febrero de 2023** a las **11:31 horas** del **17 de febrero de 2023**.

Una vez vencido el plazo, se verificó que en el sistema CompraNet si existieron preguntas (repreguntas) por parte de los licitantes respecto a las respuestas dadas a las solicitudes de aclaración, observando que sí se recibieron preguntas (repreguntas) tal como consta en la pantalla del sistema CompraNet que se acompaña a la presente acta como **ANEXO I**, de los siguientes licitantes:

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ESCRITO DE INTERÉS	SOLICITUDES DE ACLARACIÓN
1	HUMAN CORPORIS, S.A. DE C.V.	SI	69
2	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	SI	22
	TOTAL		91





GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Médico

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACELERADORES LINEALES PARA UNIDADES DE
SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, SEGUNDA ETAPA 2023

CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS (REPREGUNTAS)

A continuación se dio respuesta a las preguntas (repreguntas) realizadas por los licitantes respecto a las respuestas dadas a las solicitudes de aclaración, adjuntándose como **ANEXO II**, constante de **24** páginas, solicitando la dispensa de su lectura dado el volumen de la información.

Las respuestas otorgadas a las preguntas (repreguntas) formuladas por los licitantes forman parte integrante del acta, como si a la letra se insertasen.

CIERRE DEL ACTA

Se comunica que la fecha para la celebración del **Acto de Presentación y Apertura de Propositiones** se llevará a cabo el día **01 de marzo de 2023**, a las **10:00 horas**.

Quien preside el acto pregunta a los asistentes si tienen alguna observación o comentario que efectuar, no habiendo ninguno al respecto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento, así como sus respectivos anexos.

Para efectos de la notificación, en términos de los artículos 37 Bis de la LAASSP y 45 del RLAASSP, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica de CompraNet <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se pone a disposición, copia del presente en el tablero de avisos de la División de Equipo y Mobiliario Médico, ubicado en el piso 11 del inmueble situado en calle Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y en su caso, obtener copia del mismo. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado el presente acto, siendo las **12:15 horas** del día **21 de febrero de 2023**, firmando la presente para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta, quienes reciben copia del mismo.

Página 3 de 5





GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Médico

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACELERADORES LINEALES PARA UNIDADES DE
SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, SEGUNDA ETAPA 2023

Esta acta consta de **5** fojas útiles y **2** anexos.

----- FIN DE TEXTO -----

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Mtra. María Gabriela Quintanar Olvera Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos		
Dr. Volkmar Wanzke del Ángel Coordinador de Programas Médicos		
Lic. Israel Clairín Martínez Jefe de Área de Apoyo Jurídico Representante del Área Técnica		
Lic. Marco Antonio Serrano Velázquez Representante de la Coordinación de Legislación y Consulta		

Página 4 de 5



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Médico

ACTA DE CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACELERADORES LINEALES PARA UNIDADES DE
SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, SEGUNDA ETAPA 2023

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Pedro Alberto Reynoso Morales		

TESTIGO SOCIAL DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Pascual Sánchez Torres Testigo Social PF030		

Página 5 de 5





Procedimiento LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Código del expediente

E-2023-00001614

Número de procedimiento de contratación ?

LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Estatus del procedimiento de contratación ?

EN ACLARACIONES

Código interno del procedimiento

P-2023-00002511

Nombre del procedimiento de contratación

ACELERADORES LINEALES 2023

Licitantes que han presentado proposición:

0

Datos Generales

Requerimientos

Solicitudes de aclaración

Proposiciones

Evaluación

Fallo

Datos relevantes del contrato

Bitacora de acciones

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Modificar
cronograma

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones *

10/02/2023 10:00

Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de CompraNet *

09/02/2023 10:00

Fecha y hora de repreguntas *

17/02/2023 11:31



[Handwritten signature in green ink]

[Handwritten signature in brown ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



2

1

14

1

Núm.	Licitante ↑↓	Tipo de aclaración ↑↓	Sección de la convocatoria	Aclaración
1	HUMAN CORPORIS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO DOS. TÉRMINOS Y CONDICIONES. CAPACITACIÓN.	EN EL RUBRO CAPACITACIÓN INCISO A, SE DÍAS HÁBILES CAPACITACIÓN PERSONAL M (MÁXIMO 5 F ENTENDEMOS DÍAS EN TOTAL GRUPO DE 5 CORRECTA M AFIRMACIÓN
2	HUMAN CORPORIS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO DOS. TÉRMINOS Y CONDICIONES. CAPACITACIÓN.	EN EL RUBRO CAPACITACIÓN INCISO B, SE MESES DE C. PARA PERSONA MÉDICA (MÁXIMO 5 PERSONAS). QUE SON 3 M TOTAL PARA 4 FÍSICOS M CORRECTA M AFIRMACIÓN
3	HUMAN CORPORIS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO DOS. TÉRMINOS Y CONDICIONES. CAPACITACIÓN.	EN EL RUBRO CAPACITACIÓN INCISO A, SE DÍAS HÁBILES CAPACITACIÓN PERSONAL M (MÁXIMO 5 F ENTRE LOS 1 INCLUYE TEF RADIOCIRUC EN EL ANEXO NINGUNO DE EQUIPOS SE INCORPORA CAPACIDAD DE TERAPIA RADIOCIRUC EL COLIMADOR LOS SISTEMAS FIJACIÓN O I DE PLANEACIÓN EQUIPO DOT

				CONVOCANT SOLICITAMO SE REQUIER CAPACITACI TERAPIA DE RADIOCIRUC
4	HUMAN CORPORIS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO DOS. TÉRMINOS Y CONDICIONES. TABLA DE TERAPIAS PARA RADIOTERAPIA.	INCISO H) LA CONVENCIO TABLA DE TE RADIOTERA EL PROVEED CONSIDERA TÉCNICAS P VALIDACIÓN DOSIMÉTRIC TABLA SE IN TERAPIA PA RADIOCIRUC EN EL ANEX NINGUNO DI EQUIPOS SE INCORPORA CAPACIDAD DE TERAPIA RADIOCIRUC EL COLIMAD LOS SISTEM FIJACIÓN O DE PLANEAC SOLICITAMO CONVOCANT SE REQUIER VALIDACIÓN DE TERAPIA RADIOCIRUC
5	HUMAN CORPORIS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO DOS. TÉRMINOS Y CONDICIONES. CAPACITACIÓN.	EN EL RUBR CAPACITACI INCISO A, SE DÍAS HÁBIL CAPACITACI PERSONAL M (MÁXIMO 5 F ENTRE LOS T INCLUYE TEF CUERPO CO CAPACIDAD SOLICITADA 3.1 CÉDULAS DESCRIPCIÓ MONTERREY SOLICITAMO CONVOCANT SI SE REQUIE INCLUIR EN DE CAPACIT LA PARTIDA LA CAPACIT TERAPIA DE COMPLETO.
6	HUMAN CORPORIS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES	A CARACTER BIEN O BIEN LA PROPUES A.1. ANEXO T FOLLETOS, C ETC., DEBID A REFERENC CADA PARTI SOLICITADA, DE ESPACIO MAYOR O SL MB, POR LO SOLICITAMO AMABLEMEN

NECESARIO
ESTE PUNTO

7

HUMAN CORPORIS SA DE
CV

LEGAL -
ADMINISTRATIVA

ANEXO DOS. TÉRMINOS Y
CONDICIONES.
CAPACITACIÓN.

EN EL RUBRO
CAPACITACIÓN
INCISO B SE
MESES DE C.
PARA PERSONAS
MÉDICA (MÁS
PERSONAS).
JUICIO PENSAR
DAR 90 DÍAS
INSTALACIÓN
PRODUCTIVA
IMPARTIR 45
DE LA PUESTA
DEL EQUIPO
DESPUÉS DE
EN MARCHA
EMBARGO P
TIEMPOS RE
ESTO IMPLIC
OTORGAR UN
ADICIONAL U
EXCLUSIVAMENTE
CAPACITACIÓN
ACEPTA AMPLIAR
PLAZO ÚNICO
LA CAPACITACIÓN

8

HUMAN CORPORIS SA DE
CV

LEGAL -
ADMINISTRATIVA

ANEXO DOS. TÉRMINOS Y
CONDICIONES.
CAPACITACIÓN.

EN EL RUBRO
CAPACITACIÓN
INCISO B SE
MESES DE C.
PARA PERSONAS
MÉDICA (MÁS
PERSONAS).
QUE ESTA CATEGORÍA
SE PUEDA INCLUIR
LÍNEA?

Compras



9

HUMAN CORPORIS SA DE
CVLEGAL -
ADMINISTRATIVAANEXO DOS. TÉRMINOS Y
CONDICIONES.
CAPACITACIÓN.

ACOMPANAR
POR LO MEN
EN CONJUN
MÉDICOS RA
ONCÓLOGO!
MÉDICOS, TÉ
DOSIMETRIS
CUBRIR.....P
TIEMPOS RE
SOLICITAMO
MANERA MÁ
ESTE ACOMF
SEA POSTER
PUESTA EN
LA ENTREGA
DEL EQUIPO
ENTREGAND
BAJO PROTE
VERDAD QU
OTORGADO
ACOMPANAR
ACEPTA?

10

HUMAN CORPORIS SA DE
CVLEGAL -
ADMINISTRATIVAANEXO 2 TÉRMINOS Y
CONDICIONES, PAGINA 15
D) LICENCIAS Y PERMISOS,
PUNTO 2

EN EL ANEX
TÉRMINOS Y
CONDICION
EVALUACIÓN
ADMINISTRA
LICENCIAS, F
REGISTROS,
O AUTORIZA
DEBE CUMP
APLICARSE A
SERVICIO A
CONTRATAR
MENCIONA
DEL CERTIFI
CALIDAD ISC
ISO-9001:201
GESTIÓN DE
13485:2016 PI
SANITARIOS
LA CALIDAD
INDUSTRIAL
(JIS) O PROC
AUDITORÍA
DISPOSITIVO
(MDSAP) VIC
REGISTRO SA
VIGENTE; PA
CON ESTE PI
¿ENTENDEM
OTRO DE LO
DOCUMENTO
MENCIONAC
CORRECTA M
APRECIACIÓ

348 registro(s) encontrado(s)



1

2

3

4

5



Carga masiva



Listado de Repreguntas

Q BUSCAR

				↑↓		
1	HUMAN CORPORIS SA DE CV	ID 225298 DE HUMAN CORPORIS. SE ACLARA QUE ESTA INFORMACION SE ENTREGARA EN CADA UNIDAD MEDICA DURANTE LA VISITA ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 3.3 DE DE LA CONVOCATORIA ASÍ COMO EN SUS TERMINOS Y CONDICIONES. SIENDO DE ENTERA RESPONSABILIDAD DE CADA LICITANTE, ...	EN LAS VISITAS REALIZADAS A LAS UNIDADES MEDICAS UMAE MERIDA (08 DE FEBRERO DE 2023), HGR TIJUANA (10 DE FEBRERO DE 2023) Y UMAE TORREON (15 DE FEBRERO DE 2023) NO NOS PROPORCIONARON EL "PROGRAMA MEDICO DE SUPERFICIES" ¿NOS LOS PUEDEN PROPORCIONAR? YA QUE EN EL NUMERAL 2.1 APARTADO 2 PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO DEL ANEXO 2 "DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS PARA LA ADECUACION DE LOS ESPACIOS FISICOS PARA LA INSTALACION DEL O LOS EQUIPOS EN LA UNIDAD MEDICA" INDICA QUE DEBERA PRESENTAR COMO PARTE DE LA PROPUESTA EL PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO DEL PROYECTO DE LA UNIDAD EN TAMAÑO CARTA	16/02/20 23 23:23	Responder	
2	HUMAN CORPORIS SA DE CV	ID 225300 DE HUMAN CORPORIS. SE ACLARA QUE ESTA INFORMACION SE ENTREGARA EN CADA UNIDAD MEDICA DURANTE LA VISITA ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 3.3 DE DE LA CONVOCATORIA ASÍ COMO EN SUS TERMINOS Y CONDICIONES. SIENDO DE ENTERA RESPONSABILIDAD DE CADA LICITANTE,	EN LAS VISITAS REALIZADAS A LAS UNIDADES MEDICAS UMAE MERIDA (08 DE FEBRERO DE 2023), HGR TIJUANA (10 DE FEBRERO DE 2023) Y UMAE TORREON (15 DE FEBRERO DE 2023) NO NOS PROPORCIONARON LOS "PLANOS DE LOS SERVICIOS DE RADIOTERAPIA" ¿NOS LOS PUEDEN PROPORCIONAR? YA QUE EN LOS NUMERALES 5.1 PLANTA DE CONJUNTO, 5.2 PLANTAS ARQUITECTONICAS GENERALES, 5.3 CORTES ARQUITECTONICOS Y 5.4 FACHADAS ARQUITECTONICAS	16/02/20 23 23:23	Responder	

Responder

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				↑↓		
						LOS MODELOS DE LOS DIFERENTES FABRICANTES SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS INDIQUE QUE VELOCIDAD MINIMA DEBERAN DE TENER LAS HOJAS DEL MLC, ASI COMO LA TRANSMISION PROMEDIO A TRAVES DE LAS HOJAS
7	HUMAN CORPORIS SA DE CV	ID 225444 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES " 16.4. SISTEMA DE VERIFICACIÓN DIARIA CON AL MENOS 100 CÁMARAS Y/O DIODOS DE IONIZACIÓN. QUE PUEDA VERIFICAR CONSTANCIA, SIMETRÍA, APLANADO Y DOSIS REPORTADO EN UNA SOLA MEDICIÓN, DE ACUERDO A LA NOM 033-NUCL- 2016. (INCLUIR MARCA Y MODELO)Y 16.5. SISTEMA DE VERIFICACIÓN DIARIA CON AL MENOS 10 CÁMARAS DE IONIZACIÓN, EL SISTEMA DE..	DADO QUE NO SE NOS ACEPTÓ OFRECER UNO U OTRO PRODUCTO 16.4 O 16.5 SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR LA ESPECIFICACIÓN "SISTEMA DE VERIFICACIÓN DIARIA CON AL MENOS 100 CÁMARAS Y/O DIODOS DE IONIZACIÓN. QUE PUEDA VERIFICAR CONSTANCIA, SIMETRÍA, APLANADO Y DOSIS REPORTADO EN UNA SOLA MEDICIÓN, DE ACUERDO A LA NOM 033-NUCL- 2016 (INCLUIR MARCA Y MODELO)." COMO "SISTEMA DE VERIFICACIÓN CON AL MENOS 100 CÁMARAS Y/O DIODOS DE IONIZACIÓN. QUE PUEDA VERIFICAR CONSTANCIA, SIMETRÍA, APLANADO REPORTADO EN UNA SOLA MEDICIÓN (INCLUIR MARCA Y MODELO)."	16/02/20 23 23:23	Respon	
8	HUMAN CORPORIS SA DE CV	225466 DE HUMAN CORPORIS, SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS DE LAS HOJAS DEL COLIMADOR SON LAS QUE PERMITEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EN LOS NUMERALES " 1.3. ENERGÍA DE FOTONES DE 6 MV CON Y SIN FILTRO	NUESTRA PREGUNTA NO FUE MUY ESPECIFICA, Y DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE PACIENTES Y DE LAS DISTINTAS TECNICAS DINAMICAS Y CONSIDERANDO QUE EXITEN DIFERENTES CONFIGURACIONES EN CADA UNO DE	16/02/20 23 23:23	Respo	

		DE APLANADO" Y EN EL NUMERAL 5.1. CIENTO VEINTE (120) HOJAS O MAYOR CON ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR",...	LOS MODELOS DE LOS DIFERENTES FABRICANTES SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS INDIQUE QUE VELOCIDAD MINIMA DEBERAN DE TENER LAS HOJAS DEL MLC, ASI COMO LA TRANSMISION PROMEDIO A TRAVES DE LAS HOJAS		
9	HUMAN CORPORIS SA DE CV	225642 DE ELECTRONICA Y MEDICINA, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE PRECISA QUE PARA EL "15.13. EL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEBE SER CONECTADO Y COMUNICARSE EN TODOS SUS PARÁMETROS, CON LOS OTROS ACELERADORES LINEALES, SIMULADORES Y BRAQUITERAPIA DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA, ASÍ COMO COMUNICARSE CON LA RED ONCOLÓGICA CON COMPATIBILIDAD DICOM RT,	CONSIDERANDO ESTA RESPUESTA Y CONSIDERANDO QUE EN LA PARTIDA 4 TIJUANA EN EL PUNTO 15.13 Y LA PARTIDA 1 MONTERREY EN EL PUNTO 14.12 SE SOLICITA LA MISMA ESPECIFICACION, ENTENDEMOS QUE EL SISTEMA DE PLANEACIÓN PROPUESTO DEBE INCLUIRSE EL COMISIONAMIENTO PARA TODOS LOS ACELERADORES INCLUIDOS EN MONTERREY Y EN TIJUANA. ES DECIR, QUE EL NUEVO SISTEMA DE PLANEACIÓN DEBE TENER LA CAPACIDAD DE PLANEACIÓN TODOS LOS ACELERADORES PARA SU USO CLINICO, INCLUYENDO LOS ACTUALMENTE INSTALADOS. ¿ES CORRECTO?	16/02/20 23 23:23	Responder
10	HUMAN CORPORIS SA DE CV	225659 DE ELECTRONICA Y MEDICINA, NO ES PLENAMENTE CORRECTA SU MANIFESTACIÓN, NO OBSTANTE SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "5.1. CIENTO VEINTE (120) HOJAS O MAYOR CON ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR, PROYECTADO AL ISOCENTRO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES	CONSIDERANDO LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE, ENTENDEMOS QUE EL ESPESOR DE TODAS LAS HOJAS DEBEN TENER UN ESPESOR DE 0.5 CMO MENOR. ¿ES CORRECTO?	16/02/20 23 23:23	Responder



HACERLO DE ESTA
MANERA.

91 registro(s) encontrado(s)



1

2

3

4

5



ANEXOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Anexos *

Núm.	Tipo de documento	Nombre del documento	Fecha y hora de carga	Acciones
1	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES *	Acta J.A..pdf	16/02/2023 11:03	
2	ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	Normas de Diseño de Ingeniería Mecánica de Suelos.pdf	16/02/2023 11:09	
3	ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	Anexo 4 Programa de Ejecución de los Trabajos.xlsx	16/02/2023 11:10	
4	ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	ELEMENTOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN LOS NUMERALES I OBJETO 6.3.1.2 Y 7.1.5.2.docx	16/02/2023 11:10	
5	ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	ANEXO 2 DOC_PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS.xls	16/02/2023 11:10	
6	ACTA CIERRE JUNTA DE ACLARACIONES *			



1



Otros anexos

← Regresar

Autorizar y publicar



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

© 2023 | 0.0.0.0

[Aviso de privacidad](#)

[Términos y condiciones](#)



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica
LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

°	LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3476	HUMAN C	ID 225298 DE HUMAN CORPORIS. SE ACLARA QUE ESTA INFORMACION SE ENTREGARA EN CADA UNIDAD MEDICA DURANTE LA VISITA ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 3.3 DE LA CONVOCATORIA ASÍ COMO EN SUS TERMINOS Y CONDICIONES. SIENDO DE ENTERA RESPONSABILIDAD DE CADA LICITANTE, ...	EN LAS VISITAS REALIZADAS A LAS UNIDADES MEDICAS UMAE MERIDA (08 DE FEBRERO DE 2023), HGR TIJUANA (10 DE FEBRERO DE 2023) Y UMAE TORREON (15 DE FEBRERO DE 2023) NO NOS PROPORCIONARON EL "PROGRAMA MEDICO DE SUPERFICIES" ¿NOS LOS PUEDEN PROPORCIONAR? YA QUE EN EL NUMERAL 2.1 APARTADO 2 PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO DEL ANEXO 2 "DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS PARA LA ADECUACION DE LOS ESPACIOS FISICOS PARA LA INSTALACION DEL O LOS EQUIPOS EN LA UNIDAD MEDICA" INDICA QUE DEBERA PRESENTAR COMO PARTE DE LA PROPUESTA EL PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO DEL PROYECTO DE LA UNIDAD EN TAMAÑO CARTA	SE SOLICITA A LA PARTICIPANTE CONTACTAR AL PERSONAL DEL INSTITUTO, CON QUIEN REALIZARON LAS VISITAS EN CADA UNIDAD MÉDICA REFERDIA, PARA ESTABLECER EL MECANISMO PARA LA ENTREGA DIGITAL DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDO EN SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN.
3477	HUMAN C	ID 225300 DE HUMAN CORPORIS. SE ACLARA QUE ESTA INFORMACION SE ENTREGARA EN CADA UNIDAD MEDICA DURANTE LA VISITA ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 3.3 DE LA CONVOCATORIA ASÍ COMO EN SUS TERMINOS Y CONDICIONES. SIENDO DE ENTERA RESPONSABILIDAD DE CADA LICITANTE,	EN LAS VISITAS REALIZADAS A LAS UNIDADES MEDICAS UMAE MERIDA (08 DE FEBRERO DE 2023), HGR TIJUANA (10 DE FEBRERO DE 2023) Y UMAE TORREON (15 DE FEBRERO DE 2023) NO NOS PROPORCIONARON LOS "PLANOS DE LOS SERVICIOS DE RADIOTERAPIA" ¿NOS LOS PUEDEN PROPORCIONAR? YA QUE EN LOS NUMERALES 5.1 PLANTA DE CONJUNTO, 5.2 PLANTAS ARQUITECTONICAS GENERALES, 5.3 CORTES ARQUITECTONICOS Y 5.4 FACHADAS ARQUITECTONICAS GENERALES DEL APARTADO 5. PLANOS REQUERIDOS DE PROPUESTA DE MODELO FUNCIONAL DEL ANEXO 2 "DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS PARA LA ADECUACION DE LOS ESPACIOS FISICOS PARA LA INSTALACION DEL O LOS EQUIPOS EN LA UNIDAD MEDICA" INDICA QUE SE DEBERAN PRESENTAR ESTOS PLANOS CON LA PROPUESTA DE MODELO FUNCIONAL	SE SOLICITA A LA PARTICIPANTE CONTACTAR AL PERSONAL DEL INSTITUTO, CON QUIEN REALIZARON LAS VISITAS EN CADA UNIDAD MÉDICA REFERDIA, PARA ESTABLECER EL MECANISMO PARA LA ENTREGA DIGITAL DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDO EN SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN.
3478	HUMAN C	ID 225314 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES "17.4 Y 17.5. SISTEMA DE VERIFICACIÓN DIARIA CON AL MENOS 100 CÁMARAS Y/O DIODOS DE IONIZACIÓN. QUE PUEDA VERIFICAR CONSTANCIA, SIMETRÍA,	DADO QUE NO SE NOS ACEPTÓ OFRECER UNO U OTRO PRODUCTO 17.4 O 17.5 SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR LA ESPECIFICACIÓN "SISTEMA DE VERIFICACIÓN DIARIA CON AL MENOS 100 CÁMARAS Y/O DIODOS DE IONIZACIÓN. QUE PUEDA VERIFICAR CONSTANCIA, SIMETRÍA, APLANADO Y DOSIS REPORTADO EN UNA SOLA MEDICIÓN, DE ACUERDO A LA NOM 033-NUCL-2016 (INCLUIR MARCA Y MODELO)." COMO "SISTEMA DE VERIFICACIÓN CON AL MENOS 100 CÁMARAS Y/O DIODOS DE IONIZACIÓN. QUE PUEDA VERIFICAR CONSTANCIA, SIMETRÍA, APLANADO REPORTADO EN UNA SOLA MEDICIÓN (INCLUIR MARCA Y MODELO)."	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES "17.4 Y 17.5"; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
3479	HUMAN C	ID 225353 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.3. ENERGÍA DE FOTONES AL MENOS 2 ENERGÍAS, ENTRE EL RANGO DE 6 MV A 18 MV, CON Y SIN FILTRO DE APLANADO PARA 6MV"; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS	NUESTRA PREGUNTA NO FUE MUY ESPECIFICA, Y DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE PACIENTES Y DE LAS DISTINTAS TECNICAS DINAMICAS Y CONSIDERANDO QUE EXITEN DIFERENTES CONFIGURACIONES EN CADA UNO DE LOS MODELOS DE LOS DIFERENTES FABRICANTES SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS INDIQUE QUE VELOCIDAD MINIMA DEBERAN DE TENER LAS HOJAS DEL MLC, ASI COMO LA TRANSMISION PROMEDIO A TRAVES DE LAS HOJAS	SE ACLARA, QUE LA VELOCIDAD Y LA TRANSMISIÓN PROMEDIO NO ES MOTIVO DE EVALUACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA QUE, LAS LICITANTES DEBERÁ ATENDER A LO SOLICITADO DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". PARA ESTE CASO, ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES "1.3. ENERGIA DE FOTONES AL MENOS 2 ENERGÍAS, ENTRE EL RANGO DE 6 MV A 18 MV, CON Y SIN FILTRO DE APLANADO PARA 6MV Y EN EL NUMERAL 5.1. CIENTO VEINTE (120) HOJAS O MAYOR CON ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR"



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica
LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3480	HUMAN C ID 225356 DE HUMAN CORPORIS, NO ES PLENAMENTE CORRECTA SU MANIFESTACIÓN, NO OBSTANTE LA PARTICIPANTE PODRA OFERTAR PARA EL PUNTO "15.11. QUE PERMITA REALIZAR CONTORNEO Y CON CAPACIDAD DE FUSIONAR IMÁGENES DE DIFERENTES MODALIDADES (PET-CT, CT Y RM), COMUNICACIÓN CON RIS/ PACS DE LA UNIDAD Y DICOM RT, Y EL NUMERAL 15.12.1. DEBERÁN INCLUIR LICENCIAMIENTO COMPLETO DE TODAS LAS MODALIDADES PARA CÁLCULO DE DOSIS, PLANEACIÓN, CONTORNEO, LAS TARJETAS DE.....	DADO QUE SE SOLICITA LICENCIAMIENTO COMPLETO DE TODAS LAS MODALIDADES PARA CÁLCULO DE DOSIS, PLANEACIÓN, CONTORNEO, ENTENDEMOS QUE SE DEBERA REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE TODOS LOS ACCELERADORES INSTALADOS PARA QUE, LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE PLANEACION OFERTADAS CUENTEN CON LA CAPACIDAD DE PLANEACIÓN EN EL SERVICIO DE RADIOTERAPIA DE ESTA UNIDAD. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION EN TANTO QUE NO SE LIMITA A LA PLANEACIÓN, DICHA CAPACIDAD DEL SISTEMA POR USTED REFERIDO, ÉSTE DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE REALZIAR EL COMISIONAMIENTO COMPLETO DE TODAS LAS MODALIDADES PARA CÁLCULO DE DOSIS, AUN EN LOS EQUIPÓS YA INSTALADOS, INCLUYENDO PLANEACIÓN, CONTORNEO, ENTRE OTRAS, ASI COMO EL LICENCIAMIENTO COMPLETO DEL ACCELERADOR LINEAL DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, JUNTAS DE ACLARACIONES Y DEMAS ANEXOS.
3481	HUMAN C ID 225432 DE HUMAN CORPORIS, SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEBEN CORRESPONDER A LOS ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 1.3 Y 5.1 DE LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".	NUESTRA PREGUNTA NO FUE MUY ESPECIFICA, Y DEBIDO A LA DIVERCIDAD DE PACIENTES Y DE LAS DISTINTAS TECNICAS DINAMICAS Y CONSIDERANDO QUE EXITEN DIFERENTES CONFIGURACIONES EN CADA UNO DE LOS MODELOS DE LOS DIFERENTES FABRICANTES SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS INDIQUE QUE VELOCIDAD MINIMA DEBERAN DE TENER LAS HOJAS DEL MLC, ASI COMO LA TRANSMISION PROMEDIO A TRAVES DE LAS HOJAS	SE ACLARA, QUE LA VELOCIDAD Y LA TRANSMISION PROMEDIO NO ES MOTIVO DE EVALUACION DE ESTA CONVOCATORIA QUE, LAS LICITANTES DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", PARA ESTE CASO, ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES "1.3. ENERGIA DE FOTONES AL MENOS 2 ENERGIAS, ENTRE EL RANGO DE 6 MV A 18 MV, CON Y SIN FILTRO DE APLANADO PARA 6MV Y EN EL NUMERAL 5.1. CIENTO VEINTE (120) HOJAS O MAYOR CON ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR"
3482	HUMAN C ID 225444 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES " 16.4. SISTEMA DE VERIFICACIÓN DIARIA CON AL MENOS 100 CÁMARAS Y/O DIODOS DE IONIZACIÓN. QUE PUEDA VERIFICAR CONSTANCIA, SIMETRÍA, APLANADO Y DOSIS REPORTADO EN UNA SOLA MEDICIÓN, DE ACUERDO A LA NOM 033-NUCL-2016. (INCLUIR MARCA Y MODELO OY 16.5	DADO QUE NO SE NOS ACEPTÓ OFRECER UNO U OTRO PRODUCTO 16.4 O 16.5 SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR LA ESPECIFICACIÓN "SISTEMA DE VERIFICACIÓN DIARIA CON AL MENOS 100 CÁMARAS Y/O DIODOS DE IONIZACIÓN. QUE PUEDA VERIFICAR CONSTANCIA, SIMETRÍA, APLANADO Y DOSIS REPORTADO EN UNA SOLA MEDICIÓN, DE ACUERDO A LA NOM 033-NUCL-2016 (INCLUIR MARCA Y MODELO)." COMO "SISTEMA DE VERIFICACIÓN CON AL MENOS 100 CÁMARAS Y/O DIODOS DE IONIZACIÓN. QUE PUEDA VERIFICAR CONSTANCIA, SIMETRÍA, APLANADO REPORTADO EN UNA SOLA MEDICIÓN (INCLUIR MARCA Y MODELO)."	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES "16.4 Y 16.5"; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica

LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

°	LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3483	HUMAN C	225466 DE HUMAN CORPORIS, SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS DE LAS HOJAS DEL COLIMADOR SON LAS QUE PERMITEN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EN LOS NUMERALES " 1.3. ENERGIA DE FOTONES DE 6 MV CON Y SIN FILTRO DE APLANADO" Y EN EL NUMERAL 5.1. CIENTO VEINTE (120) HOJAS O MAYOR CON ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR",...	NUESTRA PREGUNTA NO FUE MUY ESPECIFICA, Y DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE PACIENTES Y DE LAS DISTINTAS TECNICAS DINAMICAS Y CONSIDERANDO QUE EXITEN DIFERENTES CONFIGURACIONES EN CADA UNO DE LOS MODELOS DE LOS DIFERENTES FABRICANTES SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS INDIQUE QUE VELOCIDAD MINIMA DEBERAN DE TENER LAS HOJAS DEL MLC, ASI COMO LA TRANSMISION PROMEDIO A TRAVES DE LAS HOJAS	SE ACLARA, QUE LA VELOCIDAD Y LA TRANSMISION PROMEDIO NO ES MOTIVO DE EVALUACION DE ESTA CONVOCATORIAQUE, LAS LICITANTES DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", PARA ESTE CASO, ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES "1.3. ENERGIA DE FOTONES AL MENOS 2 ENERGIAS, ENTRE EL RANGO DE 6 MV A 18 MV, CON Y SIN FILTRO DE APLANADO PARA 6MV Y EN EL NUMERAL 5.1. CIENTO VEINTE (120) HOJAS O MAYOR CON ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR"
3484	HUMAN C	225642 DE ELECTRONICA Y MEDICINA, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE PRECISA QUE PARA EL "15.13. EL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEBE SER CONECTADO Y COMUNICARSE EN TODOS SUS PARÁMETROS, CON LOS OTROS ACCELERADORES LINEALES, SIMULADORES Y BRAQUITERAPIA DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA, ASI COMO COMUNICARSE CON LA RED ONCOLÓGICA CON COMPATIBILIDAD DICOM RT,	CONSIDERANDO ESTA RESPUESTA Y CONSIDERANDO QUE EN LA PARTIDA 4 TIJUANA EN EL PUNTO 15.13 Y LA PARTIDA 1 MONTERREY EN EL PUNTO 14.12 SE SOLICITA LA MISMA ESPECIFICACION, ENTENDEMOS QUE EL SISTEMA DE PLANEACIÓN PROPUESTO DEBE INCLUIRSE EL COMISIONAMIENTO PARA TODOS LOS ACCELERADORES INCLUIDOS EN MONTERREY Y EN TIJUANA. ES DECIR, QUE EL NUEVO SISTEMA DE PLANEACIÓN DEBE TENER LA CAPACIDAD DE PLANEACIÓN TODOS LOS ACCELERADORES PARA SU USO CLINICO, INCLUYENDO LOS ACTUALMENTE INSTALADOS. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION EN TANTO QUE NO SE LIMITA A LA PLANEACIÓN, DICHA CAPACIDAD DEL SISTEMA POR USTED REFERIDO, ÉSTE DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE REALZIAR EL COMISIONAMIENTO COMPLETO DE TODAS LAS MODALIDADES PARA CÁLCULO DE DOSIS, AUN EN LOS EQUIPOS YA INSTALADOS, INCLUYENDO PLANEACIÓN, CONTORNEO, ENTRE OTRAS, ASI COMO EL LICENCIAMIENTO COMPLETO DEL ACCELERADOR LINEAL DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, JUNTAS DE ACLARACIONES Y DEMAS ANEXOS.
3485	HUMAN C	225659 DE ELECTRONICA Y MEDICINA, NO ES PLENAMENTE CORRECTA SU MANIFESTACIÓN, NO OBSTANTE SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "5.1. CIENTO VEINTE (120) HOJAS O MAYOR CON ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR, PROYECTADO AL ISOCENTRO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA.	CONSIDERANDO LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE, ENTENDEMOS QUE EL ESPESOR DE TODAS LAS HOJAS DEBEN TENER UN ESPESOR DE 0.5 CMO MENOR. ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA QUE RESPECTO AL NUMERAL "5.1. CIENTO VEINTE (120) HOJAS O MAYOR CON ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR". POR CUANTO AL ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR, LO PLANTEADO ES CORRECTO. POR EL RESTO DE LA RESPUESTA EMITIDA A SU PREGUNTA ORIGINAL, SE REITERA LO MANIFESTADO POR ESTA ÁREA TÉCNICA.



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica
LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

°	LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3486	HUMAN C	225311 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "16.1.7. DOS SOPORTES SEPARADORES PARA PIES. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)"; DE LA CÉDULA DE	EN ESE CASO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIRNOS OFRECER Y REFERENCIAR EN ESTE INCISO BLOQUES POSICIONADORES MULTIUSOS QUE ASEGURAN LA COMODIDAD DEL PACIENTE, YA QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA ESTÁ DIRIGIDA A UNA SOLA MARCA, LO CUAL NO PROMUEVE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTA SU ASEVERACIÓN, LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NO TIENE POR OBJETO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, TIENE POR OBJETO ANTEDETER A LAS NECESIDADES DE IMSS Y SU DERECHOHABIENTIA. NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INCLUIDOS EN EL ACELERADOR PODRÁ OFERTARLOS DE CUALQUIER MARCA EXISTENTE EN EL MERCADO POR LO QUE NO SE LIMITA LA LIBRE COMPETENCIA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "16.1.7. DOS SOPORTES SEPARADORES PARA PIES. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)"; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
3487	HUMAN C	225312 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "16.1.10. DOS SOPORTES SEPARADORES PARA PIERNAS. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)"; DE LA CÉDULA	EN ESE CASO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIRNOS OFRECER Y REFERENCIAR EN ESTE INCISO BLOQUES POSICIONADORES MULTIUSOS QUE ASEGURAN LA COMODIDAD DEL PACIENTE, YA QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA ESTÁ DIRIGIDA A UNA SOLA MARCA, LO CUAL NO PROMUEVE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTA SU ASEVERACIÓN, LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NO TIENE POR OBJETO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, TIENE POR OBJETO ANTEDETER A LAS NECESIDADES DE IMSS Y SU DERECHOHABIENTIA. NO SE ACEPTA SU SOLICITUD TODA VEZ QUE LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INCLUIDOS EN EL ACELERADOR PODRÁ OFERTARLOS DE CUALQUIER MARCA EXISTENTE EN EL MERCADO POR LO QUE NO SE LIMITA LA LIBRE COMPETENCIA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "16.1.10. DOS SOPORTES SEPARADORES PARA PIERNAS. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)"; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
3488	HUMAN C	225315 DE HUMAN CORPORIS SE ACEPTA QUE LA PARTICIPANTE OFERTE PARA EL PUNTO "17.12. DOS (2) CÁMARAS DE IONIZACIÓN PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LÍQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR O DIODOS ESTEREOTÁCTICOS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE).", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO	CON BASE A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA RELACIONADA CON LA ESPECIFICACIÓN, EN DONDE SE ACEPTÓ QUE SE CAMBIARÁ DONDE DICE "DOS (2) CÁMARAS DE IONIZACIÓN PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LÍQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR Y DIODOS ESTEREOTÁCTICOS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)." A "DOS (2) CÁMARAS DE IONIZACIÓN PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LÍQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR O DIODOS ESTEREOTÁCTICOS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)." SE SOLICITA AMABLEMENTE DONDE DICE "DOS (2) CÁMARAS DE IONIZACIÓN PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LÍQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR Y DIODOS ESTEREOTÁCTICOS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)." SE ACEPTA REFERENCIAR DE LA SIGUIENTE MANERA "DOS (2) CÁMARAS DE IONIZACIÓN PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LÍQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR O DIODOS PARA CAMPOS PEQUEÑOS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE).", YA QUE LA PALABRA "ESTEREOTÁCTICOS" SE REFIERE A CAMPOS PEQUEÑOS. ¿SE ACEPTA?	NO ES PLENAMENTE CORRECTA SU APRECIACION, NO OBSTANTE SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL "17.12. DOS (2) CAMARAS DE IONIZACION PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LIQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR O DIODOS PARA CAMPOS PEQUEÑOS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE PARTE).", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica

LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

°	LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3489	HUMAN C	225317 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "16.28. DETECTOR DE RADIACIÓN CON POSIBILIDAD DE MEDIR NEUTRONES Y FOTONES EN MILI SIEVERT (MSV). (INCLUIR MARCA Y MODELO)"; DE LA CÉDULA	CON BASE A LA PREGUNTA RELACIONADA CON LA ESPECIFICACIÓN, EN DONDE NO SE ACEPTÓ QUE SE CAMBIARA DONDE DICE "DETECTOR DE RADIACIÓN CON POSIBILIDAD DE MEDIR NEUTRONES Y FOTONES EN MILI SIEVERT (MSV). (INCLUIR MARCA Y MODELO)." A "DETECTOR DE RADIACIÓN CON POSIBILIDAD DE MEDIR NEUTRONES EN MILI SIEVERT (MSV). (INCLUIR MARCA Y MODELO)." SE SOLICITA AMABLEMENTE DONDE DICE "DETECTOR DE RADIACIÓN CON POSIBILIDAD DE MEDIR NEUTRONES Y FOTONES EN MILI SIEVERT (MSV). (INCLUIR MARCA Y MODELO)." SE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO SIGUE "DETECTOR DE RADIACIÓN CON POSIBILIDAD DE MEDIR NEUTRONES, RAYOS X Y GAMMAS EN MILI SIEVERT (MSV) O DETECTOR DE RADIACIÓN CON Sonda CON POSIBILIDAD DE MEDIR NEUTRONES, RAYOS X Y GAMMAS EN MILI SIEVERT/ HORA (MSV/HR) . (INCLUIR MARCA Y MODELO).", DEBIDO A QUE LA DEFINICIÓN DE FOTONES SE REFIERE A LOS RAYOS X Y LAS GAMMAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "16.28. DETECTOR DE RADIACION CON POSIBILIDAD DE MEDIR NEUTRONES Y FOTONES EN MILI SIEVERT (MSV). (INCLUIR MARCA Y MODELO)"; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
3490	HUMAN C	225319 DE HUMAN CORPORIS, SE ACEPTA QUE LA PARTICIPANTE OFERTE PARA EL PUNTO" 19.7.1. CINCO (5) PIEZAS DE 10CM X 10CM X0.5CM, 19.7.3. CINCO (5) PIEZAS DE 20CM X 20CM X0.5CM, 19.7.5. CINCO (5) PIEZAS DE 10CMX10CMX1CM, 19.7.7. CINCO (5) PIEZAS DE 20 CM X 20 CM X 1 CM", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS	CONSIDERANDO QUE LA RESPUESTA NO RESUELVE LA PREGUNTA HECHA, SE VUELVE A HACER: SOLICITAMOS AL INSTITUTO NOS PERMITA OFERTAR PIEZAS CON DIMENSIONES DE ÁREA MAYORES A LAS SOLICITADAS EN ESTOS 4 PUNTOS, ES DECIR, OFRECER BOLUS DE 15CM X 15CM EN LUGAR DE 10CM X 10CM Y 30CM X 30CM EN LUGAR DE 20CM X 20CM, RESPECTIVAMENTE, YA QUE AL SÓLO CORTAR EL BOLUS (LO CUAL NO AFECTA SU BUEN FUNCIONAMIENTO) SE PUEDE OBTENER LA DIMENSIÓN DE ÁREA SOLICITADA Y ASÍ SE PERMITIRÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SOLICITAMOS ESTO PORQUE LO MÁS IMPORTANTE EN LOS BOLUS ES EL ESPESOR, YA QUE AFECTA DIRECTAMENTE EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA DOSIS, Y CON ESA CARACTERÍSTICA SÍ SE CUMPLIRÍA PARA CADA CASO; DE ESTA FORMA, SE SOLICITA AL INSTITUTO NOS PERMITA OFRECER ESTOS BOLUS YA QUE CUMPLEN Y SUPERAN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LOS NUMERALES "19.7.1. CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 0.5 CM, 19.7.2. CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 0.5 CM, 19.7.3. CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 0.5 CM, 19.7.4. CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 0.5 CM, 19.7.5. CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 1 CM, 19.7.6. CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 1 CM, 19.7.7. CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 1 CM, 19.7.8. CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 1 CM", CON UN TOTAL DE 40 PIEZAS. SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACIÓN ALGUNA A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
3491	HUMAN C	225323 DE HUMAN CORPORIS, SE ACEPTA QUE LA PARTICIPANTE OFERTE PARA EL PUNTO 17.8. LUXÓMETRO DE ACUERDO A LA NOM 033-NUCL-2016. (INCLUIR MARCA Y MODELO), INCLUYENDO MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DEL FABRICANTE EN LA QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL EQUIPO LUXÓMETRO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR LA NORMA CON LA NOM 033-NUCL-2016, Y	CON BASE A LA RESPUESTA RELACIONADA CON LA ESPECIFICACIÓN, EN DONDE SE CONTESTÓ, QUE SE ACEPTA SE INCLUYA MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DEL FABRICANTE EN LA QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL LUXÓMETRO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR LA NORMA CON LA NOM-033-NUCL-2016, SE SOLICITA AMABLEMENTE QUE LA MANIFESTACIÓN POR ESCRITO EN EL QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL LUXÓMETRO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR LA NORMA CON LA NOM-033-NUCL-2016 SEA POR PARTE DEL LICITANTE.	SE PRECISA QUE LAS LICITANTES, PARA ESTE PUNTO, 17.8. LUXOMETRO. (INCLUIR MARCA Y MODELO), NO REQUIEREN INCLUIR LA MANIFESTACIÓN DEL FABRICANTE O LICITANTE, SEÑALADA EN SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN QUE SE RESPONDE, SOLO DEBERAN OFERTAR DICHO ELEMENTO EN CONGRUENCIA Y COMPATIBILIDAD AL SISTEMA DE DOSIMETRIA REFERIDO EN EL NUMERAL 17 DEL ANEXO 3.1



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica
LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

°	LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3492	HUMAN C	225328 DE HUMAN CORPORIS, SE ACEPTA QUE LA PARTICIPANTE OFERTE PARA EL PUNTO 19.6. 50 KG DE MATERIAL DE ALEACIÓN DE BAJO PUNTO DE FUSIÓN CON UNA DENSIDAD DE 9.6 G/CM3 O MAYOR., SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR	CONSIDERANDO SU RESPUESTA POSITIVA A ESTA PREGUNTA, SE SOLICITA TAMBIÉN A LA CONVOCANTE PERMITIRNOS OFRECER MATERIAL DE ALEACIÓN DE ALTO PUNTO DE FUSIÓN YA QUE ESE NO CONTIENE CADMIO, QUE PODRÍA SER POTENCIALMENTE DAÑINO, ADEMÁS DE QUE ES EL QUE USUALMENTE SE USA PARA LA FABRICACIÓN DE MOLDES Y ES EL QUE CUMPLE CON LA DENSIDAD ACEPTADA PREVIAMENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "19.6. 100 KG DE MATERIAL DE ALEACIÓN DE BAJO PUNTO DE FUSIÓN CON UNA DENSIDAD DE 9.6 G/CM3"; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
3493	HUMAN C	225332 DE HUMAN CORPORIS, NO ES CORRECTO LO MANIFESTADO, SE ACLARA RESPECTO AL NUMERAL REFERIDO ; CONSERVAR LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS ESTIPULADAS EN LICENCIA DE OPERACIÓN VIGENTE NO ES UN ELEMENTO DE EVALUACIÓN O	CONSIDERANDO QUE LA RESPUESTA NO RESUELVE LA PREGUNTA HECHA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE (ESR DE LA UNIDAD) ¿PARA LA NUEVA LICENCIA DE OPERACION DEBEMOS CONSERVAR LA CARGA DE TRABAJO, ESTIPULADA EN EL APARTADO DE LA LICENCIA DE OPERACIÓN VIGENTE?	SE PRECISA QUE LA CARGA DE TRABAJO SE CONSIDERA DE 35 A 40 PACIENTES POR TURNO CON TECNICA IMRT PARA TODOS LOS DESTINOS DE ALTA ENERGIA.
3494	HUMAN C	225333 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "10.1 SISTEMA PORTAL DE IMÁGENES DE SILICIO AMORFO CON RESOLUCIÓN DE 1280 X 1280 O MAYOR 2D ROBOTIZADO, PARA VERIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE IMÁGENES"; DE LA CÉDULA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE NUEVAMENTE NUESTRA PETICIÓN, YA QUE NO SE DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO NI LA CAPACIDAD DEL EQUIPO PRINCIPAL Y PERMITE A LOS FABRICANTES PARTICIPAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES. ¿SE ACEPTA OFERTAR PUNTO 10.1 SISTEMA PORTAL DE IMÁGENES DE SILICIO AMORFO CON RESOLUCIÓN DE 1024 X 1024 O MAYOR CON TAMAÑO DE PIXEL A ISOCENTRO MENOR O IGUAL A 0.25 MM 2D ROBOTIZADO, PARA VERIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE IMÁGENES? YA QUE SE OFRECE UN MENOR TAMAÑO DE PIXEL A ISOCENTRO DANDO MEJOR RESOLUCIÓN EN SITIO DE INTERÉS.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, NO OBSTANTE SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR PARA EL NUMERAL "10.1. SISTEMA PORTAL DE IMAGENES DE SILICIO AMORFO CON RESOLUCION DE 1024 X 1024 O MAYOR 2D ROBOTIZADO, PARA VERIFICACION Y LOCALIZACION DE IMAGENES", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
3495	HUMAN C	225334 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "6.1. RAYOS X PARA 18 MV O MAYOR, 300 UM/MIN O MAYOR"; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA,	EN EL PUNTO 1.3 LA CONVOCANTE SOLICITA AL MENOS DOS ENERGÍAS ENTRE EL RANGO DE 6 A 18 MV, CON Y SIN FILTRO DE APLANADO PARA 6 MV. EN CASO QUE, EN CUMPLIMIENTO DEL PUNTO 1.3, EL LICITANTE OFERTE LAS ENERGÍAS DE 6 Y 15 MV (AMBAS EN EL RANGO SOLICITADO) Y LA ENERGÍA DE 6 MV SIN FILTRO DE APLANADO, NO ES SERÍA CONSISTENTE NI FUNCIONAL OFERTAR TASA DE DOSIS DE 18 MV EN EL PUNTO 6.1. POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS RECONDIERAR SU RESPUESTA Y PERMITA OFERTAR 6.1. RAYOS X PARA 15 O 18 MV, 300 UM/MIN O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, NO OBSTANTE SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR PARA EL NUMERAL "6.1. RAYOS X PARA 15 O 18 MV O MAYOR, 300 UM/MIN O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica
LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

°	LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3496	HUMAN C	225339 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES "1.3. ENERGÍA DE FOTONES AL MENOS 2 ENERGÍAS, ENTRE EL RANGO DE 6 MV A 18 MV, CON Y SIN FILTRO DE APLANADO PARA 6MV Y EN EL NUMERAL 5.1. CIENTO VEINTE (120) HOJAS O MAYOR CON ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR"; DE LA CÉDULA	NUESTRA PREGUNTA NO FUE MUY ESPECIFICA, Y DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE PACIENTES Y DE LAS DISTINTAS TÉCNICAS DINÁMICAS Y CONSIDERANDO QUE EXISTEN DIFERENTES CONFIGURACIONES EN CADA UNO DE LOS MODELOS DE LOS DIFERENTES FABRICANTES SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS INDIQUE QUE VELOCIDAD MINIMA DEBERAN DE TENER LAS HOJAS DEL MLC, ASI COMO LA TRANSMISION PROMEDIO A TRAVES DE LAS HOJAS	SE ACLARA, QUE LA VELOCIDAD Y LA TRANSMISION PROMEDIO NO ES MOTIVO DE EVALUACION DE ESTA CONVOCATORIAQUE, LAS LICITANTES DEBERA ATENDER A LO SOLICITADO DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", PARA ESTE CASO, ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES "1.3. ENERGIA DE FOTONES AL MENOS 2 ENERGÍAS, ENTRE EL RANGO DE 6 MV A 18 MV, CON Y SIN FILTRO DE APLANADO PARA 6MV Y EN EL NUMERAL 5.1. CIENTO VEINTE (120) HOJAS O MAYOR CON ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR"
3497	HUMAN C	225346 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES "10.1. SISTEMA PORTAL DE IMÁGENES DE SILICIO AMORFO CON RESOLUCIÓN DE 1280 X 1280 O MAYOR 2D ROBOTIZADO, PARA VERIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE IMÁGENES"; DE LA CÉDULA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE NUEVAMENTE NUESTRA PETICIÓN, YA QUE NO SE DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO NI LA CAPACIDAD DEL EQUIPO PRINCIPAL Y PERMITE A LOS FABRICANTES PARTICIPAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES. ¿SE ACEPTA OFERTAR PUNTO 10.1 SISTEMA PORTAL DE IMÁGENES DE SILICIO AMORFO CON RESOLUCIÓN DE 1024 X 1024 O MAYOR CON TAMAÑO DE PIXEL A ISOCENTRO MENOR O IGUAL A 0.25 MM 2D ROBOTIZADO, PARA VERIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE IMÁGENES? YA QUE SE OFRECE UN MENOR TAMAÑO DE PIXEL A ISOCENTRO DANDO MEJOR RESOLUCIÓN EN SITIO DE INTERÉS.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION NO OBSTANTE SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR PARA EL NUMERAL "10.1. SISTEMA PORTAL DE IMAGENES DE SILICIO AMORFO CON RESOLUCION DE 1024 X 1024 O MAYOR 2D ROBOTIZADO, PARA VERIFICACION Y LOCALIZACION DE IMAGENES", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
3498	HUMAN C	225348 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "6.1.RAYOS X PARA 18 MV O MAYOR, 300 UM/MIN O MAYOR"; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES	EN EL PUNTO 1.3 LA CONVOCANTE SOLICITA AL MENOS DOS ENERGÍAS ENTRE EL RANGO DE 6 A 18 MV, CON Y SIN FILTRO DE APLANADO PARA 6 MV. EN CASO QUE, EN CUMPLIMIENTO DEL PUNTO 1.3, EL LICITANTE OFERTE LAS ENERGÍAS DE 6 Y 15 MV (AMBAS EN EL RANGO SOLICITADO) Y LA ENERGÍA DE 6 MV SIN FILTRO DE APLANADO, NO ES SERÍA CONSISTENTE NI FUNCIONAL OFERTAR TASA DE DOSIS DE 18 MV EN EL PUNTO 6.1. POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS RECONDIAR SU RESPUESTA Y PERMITA OFERTAR 6.1. RAYOS X PARA 15 O 18 MV, 300 UM/MIN O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTA PLENAMENTE SU APRECIACION, NO OBSTANTE SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL "6.1. RAYOS X PARA 15 O 18 MV O MAYOR, 300 UM/MIN O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
3499	HUMAN C	225363 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "16.1.7. DOS SOPORTES SEPARADORES PARA PIES. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)"; DE LA CÉDULA	EN ESE CASO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIRNOS OFRECER Y REFERENCIAR EN ESTE INCISO BLOQUES POSICIONADORES MULTIUSOS QUE ASEGURAN LA COMODIDAD DEL PACIENTE, YA QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA ESTÁ DIRIGIDA A UNA SOLA MARCA, LO CUAL NO PROMUEVE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTA SU ASEVERACIÓN, LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NO TIENE POR OBJETO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, TIENE POR OBJETO ANTEREDER A LAS NECESIDADES DE IMSS Y SU DERECHOHABIENTIA. NO SE ACEPTA SU SOLICITUDTODA VEZ QUE LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INCLUIDOS EN EL ACELERADOR PODRA OFERTARLOS DE CUALQUIER MARCA EXISTENTE EN EL MERCADO POR LO QUE NO SE LIMITA LA LIBRE COMPETENCIA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "16.1.7. DOS SOPORTES SEPARADORES PARA PIES. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)"; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica
LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

	LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3500	HUMAN C	225364 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "16.1.10. DOS SOPORTES SEPARADORES PARA PIERNAS. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)"; DE LA CÉDULA DE	EN ESE CASO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIRNOS OFRECER Y REFERENCIAR EN ESTE INCISO BLOQUES POSICIONADORES MULTIUSOS QUE ASEGURAN LA COMODIDAD DEL PACIENTE, YA QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA ESTÁ DIRIGIDA A UNA SOLA MARCA, LO CUAL NO PROMUEVE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTA SU ASEVERACIÓN, LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NO TIENE POR OBJETO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, TIENE POR OBJETO ANTERIOR A LAS NECESIDADES DE IMSS Y SU DERECHO HABIENTE. NO SE ACEPTA SU SOLICITUD TODA VEZ QUE LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INCLUIDOS EN EL ACELERADOR PODRAN OFERTARLOS DE CUALQUIER MARCA EXISTENTE EN EL MERCADO POR LO QUE NO SE LIMITA LA LIBRE COMPETENCIA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "16.1.10. DOS SOPORTES SEPARADORES PARA PIERNAS. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)"; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA
3501	HUMAN C	225366 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "16.28. DETECTOR DE RADIACIÓN CON POSIBILIDAD DE MEDIR NEUTRONES Y FOTONES EN MILI SIEVERT (MSV). (INCLUIR MARCA Y MODELO)"; DE LA CÉDULA	CON BASE A LA PREGUNTA RELACIONADA CON LA ESPECIFICACIÓN, EN DONDE NO SE ACEPTÓ QUE SE CAMBIARA DONDE DICE "DETECTOR DE RADIACIÓN CON POSIBILIDAD DE MEDIR NEUTRONES Y FOTONES EN MILI SIEVERT (MSV). (INCLUIR MARCA Y MODELO)." A "DETECTOR DE RADIACIÓN CON POSIBILIDAD DE MEDIR NEUTRONES EN MILI SIEVERT (MSV). (INCLUIR MARCA Y MODELO)." SE SOLICITA AMABLEMENTE DONDE DICE "DETECTOR DE RADIACIÓN CON POSIBILIDAD DE MEDIR NEUTRONES Y FOTONES EN MILI SIEVERT (MSV). (INCLUIR MARCA Y MODELO)." SE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO SIGUE "DETECTOR DE RADIACIÓN CON POSIBILIDAD DE MEDIR NEUTRONES, RAYOS X Y GAMMAS EN MILI SIEVERT (MSV) O DETECTOR DE RADIACIÓN CON Sonda CON POSIBILIDAD DE MEDIR NEUTRONES, RAYOS X Y GAMMAS EN MILI SIEVERT/HORA (MSV/HR). (INCLUIR MARCA Y MODELO).", DEBIDO A QUE LA DEFINICIÓN DE FOTONES SE REFIERE A LOS RAYOS X Y LAS GAMMAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "16.28. DETECTOR DE RADIACION CON POSIBILIDAD DE MEDIR NEUTRONES Y FOTONES EN MILI SIEVERT (MSV). (INCLUIR MARCA Y MODELO)"; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
3502	HUMAN C	225367 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES "17.4. 17.5 SISTEMA DE VERIFICACIÓN DIARIA CON AL MENOS 100 CÁMARAS Y/O DIODOS DE IONIZACIÓN. QUE PUEDA VERIFICAR CONSTANCIA, SIMETRÍA, APLANADO Y DOSIS REPORTADO EN UNA SOLA MEDICIÓN, DE ACUERDO A LA NOM 033-NUCL-2016 (INCLUIR MARCA Y MODELO)." COMO "SISTEMA DE VERIFICACIÓN CON AL MENOS 100 CÁMARAS Y/O DIODOS DE IONIZACIÓN. QUE PUEDA VERIFICAR CONSTANCIA, SIMETRÍA, APLANADO REPORTADO EN UNA SOLA MEDICIÓN (INCLUIR MARCA Y MODELO)." A	DADO QUE NO SE NOS ACEPTÓ OFRECER UNO U OTRO PRODUCTO 17.4 O 17.5 SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR LA ESPECIFICACIÓN "SISTEMA DE VERIFICACIÓN DIARIA CON AL MENOS 100 CÁMARAS Y/O DIODOS DE IONIZACIÓN. QUE PUEDA VERIFICAR CONSTANCIA, SIMETRÍA, APLANADO Y DOSIS REPORTADO EN UNA SOLA MEDICIÓN, DE ACUERDO A LA NOM 033-NUCL-2016 (INCLUIR MARCA Y MODELO)." COMO "SISTEMA DE VERIFICACIÓN CON AL MENOS 100 CÁMARAS Y/O DIODOS DE IONIZACIÓN. QUE PUEDA VERIFICAR CONSTANCIA, SIMETRÍA, APLANADO REPORTADO EN UNA SOLA MEDICIÓN (INCLUIR MARCA Y MODELO)." A	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES "17.4 Y 17.5"; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
3503	HUMAN C	225368 DE HUMAN CORPORIS, NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO OBSTANTE SE ACEPTA QUE LA PARTICIPANTE OFERTE PARA EL PUNTO 18.12. DOS (2) CÁMARAS DE IONIZACIÓN PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LÍQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR O DIODOS ESTEREOTÁCTICOS. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE), SIN	CON BASE A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA RELACIONADA CON LA ESPECIFICACIÓN, EN DONDE SE ACEPTÓ QUE SE CAMBIARÁ DONDE DICE "DOS (2) CÁMARAS DE IONIZACIÓN PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LÍQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR Y DIODOS ESTEREOTÁCTICOS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)." A "DOS (2) CÁMARAS DE IONIZACIÓN PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LÍQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR O DIODOS ESTEREOTÁCTICOS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)." SE SOLICITA AMABLEMENTE DONDE DICE "DOS (2) CÁMARAS DE IONIZACIÓN PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LÍQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR Y DIODOS ESTEREOTÁCTICOS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)." SE ACEPTA REFERENCIAR DE LA SIGUIENTE MANERA "DOS (2) CÁMARAS DE IONIZACIÓN PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LÍQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR O DIODOS PARA CAMPOS PEQUEÑOS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE).", YA QUE LA PALABRA "ESTEREOTÁCTICOS" SE REFIERE A CAMPOS PEQUEÑOS. ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTA PLENAMENTE SU APRECIACIÓN, NO OBSTANTE SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR PARA EL NUMERAL "18.12. DOS (2) CÁMARAS DE IONIZACION PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LÍQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR O DIODOS PARA CAMPOS PEQUEÑOS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE).", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica
LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

	LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3504	HUMAN C	225370 DE HUMAN CORPORIS, SE ACEPTA OFERTAR COMO PARA LOS NUMERALES " 20.7.1. CINCO (5) PIEZAS DE 10CM X 10CM X0.5CM, 20.7.3. CINCO (5) PIEZAS DE 20CM X 20CM X0.5MM, 20.7.5. CINCO (5) PIEZAS DE 10CMX10CMX1CM, 20.7.7. CINCO (5) PIEZAS DE 20 CM X 20 CM X 1 CM", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA	CONSIDERANDO QUE LA RESPUESTA NO RESUELVE LA PREGUNTA HECHA, SE VUELVE A HACER: SOLICITAMOS AL INSTITUTO NOS PERMITA OFERTAR PIEZAS CON DIMENSIONES DE ÁREA MAYORES A LAS SOLICITADAS EN ESTOS 4 PUNTOS, ES DECIR, OFRECER BOLUS DE 15CM X 15CM EN LUGAR DE 10CM X 10CM Y 30CM X 30CM EN LUGAR DE 20CM X 20CM, RESPECTIVAMENTE, YA QUE AL SÓLO CORTAR EL BOLUS (LO CUAL NO AFECTA SU BUEN FUNCIONAMIENTO) SE PUEDE OBTENER LA DIMENSIÓN DE ÁREA SOLICITADA Y ASÍ SE PERMITIRÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SOLICITAMOS ESTO PORQUE LO MÁS IMPORTANTE EN LOS BOLUS ES EL ESPESOR, YA QUE AFECTA DIRECTAMENTE EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA DOSIS, Y CON ESA CARACTERÍSTICA SÍ SE CUMPLIRÍA PARA CADA CASO; DE ESTA FORMA, SE SOLICITA AL INSTITUTO NOS PERMITA OFRECER ESTOS BOLUS YA QUE CUMPLEN Y SUPERAN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LOS NUMERALES "20.7.1. CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 0.5 CM, 20.7.2. CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 0.5 CM, 20.7.3. CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 0.5 CM, 20.7.4. CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 0.5 CM, 20.7.5. CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 1 CM, 20.7.6. CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 1 CM, 20.7.7. CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 1 CM, 20.7.8. CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 1 CM", CON UN TOTAL DE 40 PIEZAS. SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACIÓN ALGUNA A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
3505	HUMAN C	225377 DE HUMAN CORPORIS, SE ACEPTA PRESENTAR POR LAS LICITANTES COMO DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL INCISO E) DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA, PARA EL PUNTO 18.8. LUXÓMETRO DE ACUERDO A LA NOM 033-NUCL-2016.	CON BASE A LA RESPUESTA RELACIONADA CON LA ESPECIFICACIÓN, EN DONDE SE CONTESTÓ, QUE SE ACEPTA SE INCLUYA MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DEL FABRICANTE EN LA QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL LUXÓMETRO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR LA NORMA CON LA NOM-033-NUCL-2016, SE SOLICITA AMABLEMENTE QUE LA MANIFESTACIÓN POR ESCRITO EN EL QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL LUXÓMETRO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR LA NORMA CON LA NOM-033-NUCL-2016 SEA POR PARTE DEL LICITANTE.	SE PRECISA QUE LAS LICITANTES, PARA ESTE PUNTO, 18.8. LUXOMETRO. (INCLUIR MARCA Y MODELO), NO REQUIEREN INCLUIR LA MANIFESTACIÓN DEL FABRICANTE O LICITANTE, SEÑALADA EN SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN QUE SE RESPONDE, SOLO DEBERAN OFERTAR DICHO ELEMENTO EN CONGRUENCIA Y COMPATIBILIDAD AL SISTEMA DE DOSIMETRIA REFERIDO EN EL NUMERAL 18 DEL ANEXO 3.1
3506	HUMAN C	225382 DE HUMAN CORPORIS, SE ACEPTA QUE LA PARTICIPANTE OFERTE PARA EL PUNTO 20.6. 100 KG DE MATERIAL DE ALEACIÓN DE BAJO PUNTO DE FUSIÓN CON UNA DENSIDAD DE 9.6 G/CM3 O MAYOR., SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACIÓN ALGUNA A LAS CARACTERÍSTICAS	CONSIDERANDO SU RESPUESTA POSITIVA A ESTA PREGUNTA, SE SOLICITA TAMBIÉN A LA CONVOCANTE PERMITIRNOS OFRECER MATERIAL DE ALEACIÓN DE ALTO PUNTO DE FUSIÓN YA QUE ESE NO CONTIENE CADMIO, QUE PODRÍA SER POTENCIALMENTE DAÑINO, ADEMÁS DE QUE ES EL QUE USUALMENTE SE USA PARA LA FABRICACIÓN DE MOLDES Y ES EL QUE CUMPLE CON LA DENSIDAD ACEPTADA PREVIAMENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "20.6. 100 KG DE MATERIAL DE ALEACIÓN DE BAJO PUNTO DE FUSION CON UNA DENSIDAD DE 9.6 G/CM3"; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
3507	HUMAN C	225386 DE HUMAN CORPORIS, NO ES CORRECTO LO MANIFESTADO, SE ACLARA RESPECTO AL NUMERAL REFERIDO ; CONSERVAR LAS CONDICIONES ESPECIFICAS ESTIPULADAS EN LICENCIA DE OPERACIÓN VIGENTE NO ES UN ELEMENTO DE EVALUACIÓN	CONSIDERANDO QUE LA RESPUESTA NO RESUELVE LA PREGUNTA HECHA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE (ESR DE LA UNIDAD) ¿PARA LA NUEVA LICENCIA DE OPERACION DEBEMOS CONSERVAR LA CARGA DE TRABAJO, ESTIPULADA EN EL APARTADO DE LA LICENCIA DE OPERACIÓN VIGENTE?	SE PRECISA QUE LA CARGA DE TRABAJO SE CONSIDERA DE 35 A 40 PACIENTES POR TURNO CON TECNICA IMRT PARA TODOS LOS DESTINOS DE ALTA ENERGIA.



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica
LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

	LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3508	HUMAN C	225394 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES "1.3. ENERGÍA DE FOTONES AL MENOS 2 ENERGÍAS, ENTRE EL RANGO DE 6 MV A 18 MV, CON Y SIN FILTRO DE APLANADO PARA 6MV Y EN EL NUMERAL 5.1. CIENTO VEINTE (120) HOJAS O MAYOR CON ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR"; DE LA CÉDULA	NUESTRA PREGUNTA NO FUE MUY ESPECIFICA, Y DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE PACIENTES Y DE LAS DISTINTAS TÉCNICAS DINÁMICAS Y CONSIDERANDO QUE EXISTEN DIFERENTES CONFIGURACIONES EN CADA UNO DE LOS MODELOS DE LOS DIFERENTES FABRICANTES SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS INDIQUE QUE VELOCIDAD MINIMA DEBERAN DE TENER LAS HOJAS DEL MLC, ASI COMO LA TRANSMISION PROMEDIO A TRAVES DE LAS HOJAS	SE ACLARA, QUE LA VELOCIDAD Y LA TRANSMISION PROMEDIO NO ES MOTIVO DE EVALUACION DE ESTA CONVOCATORIA. DEBERA ATENDER LOS SOLICITADO DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", PARA ESTE CASO, ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES "1.3. ENERGIA DE FOTONES AL MENOS 2 ENERGÍAS, ENTRE EL RANGO DE 6 MV A 18 MV, CON Y SIN FILTRO DE APLANADO PARA 6MV Y EN EL NUMERAL 5.1. CIENTO VEINTE (120) HOJAS O MAYOR CON ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR"
3509	HUMAN C	225404 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "16.1.7. DOS SOPORTES SEPARADORES PARA PIES. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)"; DE LA CÉDULA DE	EN ESE CASO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIRNOS OFRECER Y REFERENCIAR EN ESTE INCISO BLOQUES POSICIONADORES MULTIUSOS QUE ASEGURAN LA COMODIDAD DEL PACIENTE, YA QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA ESTÁ DIRIGIDA A UNA SOLA MARCA, LO CUAL NO PROMUEVE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTA SU ASEVERACIÓN, LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NO TIENE POR OBJETO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, TIENE POR OBJETO ANTEREDER A LAS NECESIDADES DE IMSS Y SU DERECHOHABIENTIA. NO SE ACEPTA SU SOLICITUD TODA VEZ QUE LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INCLUIDOS EN EL ACELERADOR PODRA OFERTARLOS DE CUALQUIER MARCA EXISTENTE EN EL MERCADO POR LO QUE NO SE LIMITA LA LIBRE COMPETENCIA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "16.1.7. DOS SOPORTES SEPARADORES PARA PIES. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)"; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
3510	HUMAN C	225405 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "16.1.10. DOS SOPORTES SEPARADORES PARA PIERNAS. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)"; DE LA CÉDULA DE	EN ESE CASO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIRNOS OFRECER Y REFERENCIAR EN ESTE INCISO BLOQUES POSICIONADORES MULTIUSOS QUE ASEGURAN LA COMODIDAD DEL PACIENTE, YA QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA ESTÁ DIRIGIDA A UNA SOLA MARCA, LO CUAL NO PROMUEVE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTA SU ASEVERACIÓN, LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NO TIENE POR OBJETO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, TIENE POR OBJETO ANTEREDER A LAS NECESIDADES DE IMSS Y SU DERECHOHABIENTIA. NO SE ACEPTA SU SOLICITUD TODA VEZ QUE LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INCLUIDOS EN EL ACELERADOR PODRA OFERTARLOS DE CUALQUIER MARCA EXISTENTE EN EL MERCADO POR LO QUE NO SE LIMITA LA LIBRE COMPETENCIA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "16.1.10. DOS SOPORTES SEPARADORES PARA PIERNAS. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)"; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica
LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

°	LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3511	HUMAN C	225407 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES " 17.4. SISTEMA DE VERIFICACIÓN DIARIA CON AL MENOS 100 CÁMARAS Y/O DIODOS DE IONIZACIÓN. QUE PUEDA VERIFICAR CONSTANCIA, SIMETRÍA, APLANADO Y DOSIS REPORTADO EN UNA SOLA MEDICIÓN, DE ACUERDO A LA NOM 033-NUCL-2016.	DADO QUE NO SE NOS ACEPTÓ OFRECER UNO U OTRO PRODUCTO 17.4 O 17.5 SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR LA ESPECIFICACIÓN "SISTEMA DE VERIFICACIÓN DIARIA CON AL MENOS 100 CÁMARAS Y/O DIODOS DE IONIZACIÓN. QUE PUEDA VERIFICAR CONSTANCIA, SIMETRÍA, APLANADO Y DOSIS REPORTADO EN UNA SOLA MEDICIÓN, DE ACUERDO A LA NOM 033-NUCL-2016 (INCLUIR MARCA Y MODELO)." COMO "SISTEMA DE VERIFICACIÓN CON AL MENOS 100 CÁMARAS Y/O DIODOS DE IONIZACIÓN. QUE PUEDA VERIFICAR CONSTANCIA, SIMETRÍA, APLANADO REPORTADO EN UNA SOLA MEDICIÓN (INCLUIR MARCA Y MODELO)."	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES "17.4 Y 17.5"; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
3512	HUMAN C	225408 DE HUMAN CORPORIS, SE ACEPTA QUE LA PARTICIPANTE OFERTE PARA EL PUNTO "17.12. DOS (2) CÁMARAS DE IONIZACIÓN PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LÍQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR O DIODOS ESTEREOTÁCTICOS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE).", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES	CON BASE A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA RELACIONADA CON LA ESPECIFICACIÓN, EN DONDE SE ACEPTÓ QUE SE CAMBIARÁ DONDE DICE "DOS (2) CÁMARAS DE IONIZACIÓN PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LÍQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR Y DIODOS ESTEREOTÁCTICOS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)." A "DOS (2) CÁMARAS DE IONIZACIÓN PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LÍQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR O DIODOS ESTEREOTÁCTICOS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)." SE SOLICITA AMABLEMENTE DONDE DICE "DOS (2) CÁMARAS DE IONIZACIÓN PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LÍQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR Y DIODOS ESTEREOTÁCTICOS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)." SE ACEPTA REFERENCIAR DE LA SIGUIENTE MANERA "DOS (2) CÁMARAS DE IONIZACIÓN PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LÍQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR O DIODOS PARA CAMPOS PEQUEÑOS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE).", YA QUE LA PALABRA "ESTEREOTÁCTICOS" SE REFIERE A CAMPOS PEQUEÑOS. ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTA PLENAMENTE SU APRECIACION, NO OBSTANTE SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL "17.12. DOS (2) CAMARAS DE IONIZACION PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LIQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR O DIODOS PARA CAMPOS PEQUEÑOS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE PARTE).", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
3513	HUMAN C	225409 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "16.28. DETECTOR DE RADIACIÓN CON POSIBILIDAD DE MEDIR NEUTRONES Y FOTONES EN MILI SIEVERT (MSV). (INCLUIR MARCA Y MODELO)"; DE LA CÉDULA	CON BASE A LA PREGUNTA RELACIONADA CON LA ESPECIFICACIÓN, EN DONDE NO SE ACEPTÓ QUE SE CAMBIARA DONDE DICE "DETECTOR DE RADIACIÓN CON POSIBILIDAD DE MEDIR NEUTRONES Y FOTONES EN MILI SIEVERT (MSV). (INCLUIR MARCA Y MODELO)." A "DETECTOR DE RADIACIÓN CON POSIBILIDAD DE MEDIR NEUTRONES EN MILI SIEVERT (MSV). (INCLUIR MARCA Y MODELO)." SE SOLICITA AMABLEMENTE DONDE DICE "DETECTOR DE RADIACIÓN CON POSIBILIDAD DE MEDIR NEUTRONES Y FOTONES EN MILI SIEVERT (MSV). (INCLUIR MARCA Y MODELO)." SE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO SIGUE "DETECTOR DE RADIACIÓN CON POSIBILIDAD DE MEDIR NEUTRONES, RAYOS X Y GAMMAS EN MILI SIEVERT (MSV) O DETECTOR DE RADIACIÓN CON SONDA CON POSIBILIDAD DE MEDIR NEUTRONES, RAYOS X Y GAMMAS EN MILI SIEVERT/ HORA (MSV/HR) . (INCLUIR MARCA Y MODELO).", DEBIDO A QUE LA DEFINICIÓN DE FOTONES SE REFIERE A LOS RAYOS X Y LAS GAMMAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "16.28. DETECTOR DE RADIACION CON POSIBILIDAD DE MEDIR NEUTRONES Y FOTONES EN MILI SIEVERT (MSV). (INCLUIR MARCA Y MODELO)"; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica
LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

°	LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3514	HUMAN C	225411 DE HUMAN CORPORIS, NO ES PLENAMENTE CORRECTA SU MANIFESTACIÓN, NO OBSTANTE SE ACEPTA OFERTAR PARA LOS NUMERALES "19.7.1. CINCO (5) PIEZAS DE 10CM X 10CM X0.5CM, 19.7.3. CINCO (5) PIEZAS DE 20CM X 20CM X0.5CM, 19.7.5. CINCO (5) PIEZAS DE 10CMX10CMX 1CM, 19.7.7. CINCO (5) PIEZAS DE 20 CM X 20 CM X 1 CM", SIN QUE SEA OBLIGATORIO	CONSIDERANDO QUE LA RESPUESTA NO RESUELVE LA PREGUNTA HECHA, SE VUELVE A HACER: SOLICITAMOS AL INSTITUTO NOS PERMITA OFERTAR PIEZAS CON DIMENSIONES DE ÁREA MAYORES A LAS SOLICITADAS EN ESTOS 4 PUNTOS, ES DECIR, OFRECER BOLUS DE 15CM X 15CM EN LUGAR DE 10CM X 10CM Y 30CM X 30CM EN LUGAR DE 20CM X 20CM, RESPECTIVAMENTE, YA QUE AL SÓLO CORTAR EL BOLUS (LO CUAL NO AFECTA SU BUEN FUNCIONAMIENTO) SE PUEDE OBTENER LA DIMENSIÓN DE ÁREA SOLICITADA Y ASÍ SE PERMITIRÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SOLICITAMOS ESTO PORQUE LO MÁS IMPORTANTE EN LOS BOLUS ES EL ESPESOR, YA QUE AFECTA DIRECTAMENTE EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA DOSIS, Y CON ESA CARACTERÍSTICA SI SE CUMPLIRÍA PARA CADA CASO; DE ESTA FORMA, SE SOLICITA AL INSTITUTO NOS PERMITA OFRECER ESTOS BOLUS YA QUE CUMPLEN Y SUPERAN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LOS NUMERALES "19.7.1. CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 0.5 CM, 19.7.2. CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 0.5 CM, 19.7.3. CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 0.5 CM, 19.7.4. CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 0.5 CM, 19.7.5. CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 1 CM, 19.7.6. CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 1 CM, 19.7.7. CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 1 CM, 19.7.8. CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 1 CM", CON UN TOTAL DE 40 PIEZAS. SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACIÓN ALGUNA A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
3515	HUMAN C	225415 DE HUMAN CORPORIS, PRESENTAR MANIFESTACIÓN ESCRITA EMITIDA POR EL FABRICANTE EN LA QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL EQUIPO LUXÓMETRO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR LA NOM 033-NUCL-2016, Y	CON BASE A LA RESPUESTA RELACIONADA CON LA ESPECIFICACIÓN, EN DONDE SE CONTESTÓ, QUE SE ACEPTA SE INCLUYA MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DEL FABRICANTE EN LA QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL LUXÓMETRO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR LA NORMA CON LA NOM-033-NUCL-2016, SE SOLICITA AMABLEMENTE QUE LA MANIFESTACIÓN POR ESCRITO EN EL QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL LUXÓMETRO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR LA NORMA CON LA NOM-033-NUCL-2016 SEA POR PARTE DEL LICITANTE.	SE PRECISA QUE LAS LICITANTES, PARA ESTE PUNTO, 17.8. LUXOMETRO. (INCLUIR MARCA Y MODELO), NO REQUIEREN INCLUIR LA MANIFESTACIÓN DEL FABRICANTE O LICITANTE, SEÑALADA EN SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN QUE SE RESPONDNE, SOLO DEBERAN OFERTAR DICHO ELEMENTO EN CONGRUENCIA Y COMPATIBILIDAD AL SISTEMA DE DOSIMETRIA REFERIDO EN EL NUMERAL 17 DEL ANEXO 3.1.
3516	HUMAN C	225420 DE HUMAN CORPORIS, SE ACEPTA QUE LA PARTICIPANTE OFERTE PARA EL PUNTO 19.6. 100 KG DE MATERIAL DE ALEACIÓN DE BAJO PUNTO DE FUSIÓN CON UNA DENSIDAD DE 9.6 G/CM3 O MAYOR., SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACIÓN ALGUNA A LAS CARACTERÍSTICAS	CONSIDERANDO SU RESPUESTA POSITIVA A ESTA PREGUNTA, SE SOLICITA TAMBIÉN A LA CONVOCANTE PERMITIRNOS OFRECER MATERIAL DE ALEACIÓN DE ALTO PUNTO DE FUSIÓN YA QUE ESE NO CONTIENE CADMIO, QUE PODRÍA SER POTENCIALMENTE DAÑINO, ADEMÁS DE QUE ES EL QUE USUALMENTE SE USA PARA LA FABRICACIÓN DE MOLDES Y ES EL QUE CUMPLE CON LA DENSIDAD ACEPTADA PREVIAMENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "20.6. 100 KG DE MATERIAL DE ALEACION DE BAJO PUNTO DE FUSION CON UNA DENSIDAD DE 9.6 G/CM3"; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
3517	HUMAN C	225424 DE HUMAN CORPORIS, NO ES CORRECTO LO MANIFESTADO, SE ACLARA RESPECTO AL NUMERAL REFERIDO ; CONSERVAR LAS CONDICIONES ESPECIFICAS ESTIPULADAS EN LICENCIA DE OPERACIÓN	CONSIDERANDO QUE LA RESPUESTA NO RESUELVE LA PREGUNTA HECHA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE (ESR DE LA UNIDAD) ¿PARA LA NUEVA LICENCIA DE OPERACION DEBEMOS CONSERVAR LA CARGA DE TRABAJO, ESTIPULADA EN EL APARTADO DE LA LICENCIA DE OPERACIÓN VIGENTE?	SE PRECISA QUE LA CARGA DE TRABAJO SE CONSIDERA DE 35 A 40 PACIENTES POR TURNO CON TECNICA IMRT PARA TODOS LOS DESTINOS DE ALTA ENERGIA.



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica

LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

°	LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3518	HUMAN C	225425 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES "10.1. SISTEMA PORTAL DE IMÁGENES DE SILICIO AMORFO CON RESOLUCIÓN DE 1280 X 1280 O MAYOR 2D ROBOTIZADO, PARA VERIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE IMÁGENES";	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE NUEVAMENTE NUESTRA PETICIÓN, YA QUE NO SE DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO NI LA CAPACIDAD DEL EQUIPO PRINCIPAL Y PERMITE A LOS FABRICANTES PARTICIPAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES. ¿SE ACEPTA OFERTAR PUNTO 10.1 SISTEMA PORTAL DE IMÁGENES DE SILICIO AMORFO CON RESOLUCIÓN DE 1024 X 1024 O MAYOR CON TAMAÑO DE PIXEL A ISOCENTRO MENOR O IGUAL A 0.25 MM 2D ROBOTIZADO, PARA VERIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE IMÁGENES? YA QUE SE OFRECE UN MENOR TAMAÑO DE PIXEL A ISOCENTRO DANDO MEJOR RESOLUCIÓN EN SITIO DE INTERÉS.	NO ES CORRECTA PLENAMENTE SU APRECIACIÓN, NO OBSTANTE SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL "10.1. SISTEMA PORTAL DE IMAGENES DE SILICIO AMORFO CON RESOLUCION DE 1024 X 1024 O MAYOR 2D ROBOTIZADO, PARA VERIFICACION Y LOCALIZACION DE IMAGENES", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
3519	HUMAN C	225427 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "6.1.RAYOS X PARA 18 MV O MAYOR, 300 UM/MIN O MAYOR"; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA,	EN EL PUNTO 1.3 LA CONVOCANTE SOLICITA AL MENOS DOS ENERGÍAS ENTRE EL RANGO DE 6 A 18 MV, CON Y SIN FILTRO DE APLANADO PARA 6 MV. EN CASO QUE, EN CUMPLIMIENTO DEL PUNTO 1.3, EL LICITANTE OFERTE LAS ENERGÍAS DE 6 Y 15 MV (AMBAS EN EL RANGO SOLICITADO) Y LA ENERGÍA DE 6 MV SIN FILTRO DE APLANADO, NO ES SERÍA CONSISTENTE NI FUNCIONAL OFERTAR TASA DE DOSIS DE 18 MV EN EL PUNTO 6.1. POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y PERMITA OFERTAR 6.1. RAYOS X PARA 15 O 18 MV, 300 UM/MIN O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	NO ES PLENAMENTE CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO OBSTANTE SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL "6.1. RAYOS X PARA 15 O 18 MV O MAYOR, 300 UM/MIN O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
3520	HUMAN C	225439 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "15.1.7. DOS SOPORTES SEPARADORES PARA PIES. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)"; DE LA CÉDULA	EN ESE CASO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIRNOS OFRECER Y REFERENCIAR EN ESTE INCISO BLOQUES POSICIONADORES MULTIUSOS QUE ASEGURAN LA COMODIDAD DEL PACIENTE, YA QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA ESTÁ DIRIGIDA A UNA SOLA MARCA, LO CUAL NO PROMUEVE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTA SU ASEVERACIÓN, LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NO TIENE POR OBJETO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, TIENE POR OBJETO ANTEREDER A LAS NECESIDADES DE IMSS Y SU DERECHOHABIANCIA. NO SE ACEPTA SU SOLICITUDTODA VEZ QUE LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INCLUIDOS EN EL ACELERADOR PODRA OFERTARLOS DE CUALQUIER MARCA EXISTENTE EN EL MERCADO POR LO QUE NO SE LIMITA LA LIBRE COMPETENCIA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "15.1.7. DOS SOPORTES SEPARADORES PARA PIES. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)"; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica
LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

°	LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3521	HUMAN C	225440 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "15.1.10. DOS SOPORTES SEPARADORES PARA PIERNAS. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)"; DE LA CÉDULA	EN ESE CASO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIRNOS OFRECER Y REFERENCIAR EN ESTE INCISO BLOQUES POSICIONADORES MULTIJUOS QUE ASEGURAN LA COMODIDAD DEL PACIENTE, YA QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA ESTÁ DIRIGIDA A UNA SOLA MARCA, LO CUAL NO PROMUEVE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTA SU ASEVERACIÓN, LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NO TIENE POR OBJETO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, TIENE POR OBJETO ANTEREDER A LAS NECESIDADES DE IMSS Y SU DERECHOHABICIENCIA. NO SE ACEPTA SU SOLICITUD TODA VEZ QUE LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INCLUIDOS EN EL ACELERADOR PODRA OFERTARLOS DE CUALQUIER MARCA EXISTENTE EN EL MERCADO POR LO QUE NO SE LIMITA LA LIBRE COMPETENCIA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "15. 1.10. DOS SOPORTES SEPARADORES PARA PIERNAS. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)"; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
3522	HUMAN C	225445 DE HUMAN CORPORIS, NO ES PLENAMENTE CORRECTA SU MANIFESTACIÓN, NO OBSTANTE SE ACEPTA QUE LA PARTICIPANTE OFERTE PARA EL PUNTO "16.12. DOS (2) CÁMARAS DE IONIZACIÓN PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LÍQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR O DIODOS ESTEREOTÁCTICOS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)."	CON BASE A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA RELACIONADA CON LA ESPECIFICACIÓN, EN DONDE SE ACEPTÓ QUE SE CAMBIARÁ DONDE DICE "DOS (2) CÁMARAS DE IONIZACIÓN PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LÍQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR Y DIODOS ESTEREOTÁCTICOS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)." A "DOS (2) CÁMARAS DE IONIZACIÓN PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LÍQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR O DIODOS ESTEREOTÁCTICOS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)." SE SOLICITA AMABLEMENTE DONDE DICE "DOS (2) CÁMARAS DE IONIZACIÓN PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LÍQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR Y DIODOS ESTEREOTÁCTICOS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE)." SE ACEPTE REFERENCIAR DE LA SIGUIENTE MANERA "DOS (2) CÁMARAS DE IONIZACIÓN PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LÍQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR O DIODOS PARA CAMPOS PEQUEÑOS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE).", YA QUE LA PALABRA "ESTEREOTÁCTICOS" SE REFIERE A CAMPOS PEQUEÑOS. ¿SE ACEPTA?	NO ES PLENAMENTE CORRECTA SU APRECIACION, NO OBSTANTE SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL "16.12. DOS (2) CAMARAS DE IONIZACION PARA CAMPOS PEQUEÑOS DE TIPO LIQUIDA DE 0.002CM3 O MENOR O DIODOS PARA CAMPOS PEQUEÑOS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE PARTE).", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
3523	HUMAN C	225447 DE HUMAN CORPORIS, SE PRECISA QUE SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCIÓN PARA LOS NUMERALES "18.7.1. CINCO (5) PIEZAS DE 10CM X 10CM X 0.5CM, 18.7.3. CINCO (5) PIEZAS DE 20CM X 20CM X 0.5CM, 18.7.5. CINCO (5) PIEZAS DE 1 0CMX10CMX 1CM, 18.7.7. CINCO (5) PIEZAS DE 20 CM X 20 CM X 1 CM", SIN QUE SEA	CONSIDERANDO QUE LA RESPUESTA NO RESUELVE LA PREGUNTA HECHA, SE VUELVE A HACER: SOLICITAMOS AL INSTITUTO NOS PERMITA OFERTAR PIEZAS CON DIMENSIONES DE ÁREA MAYORES A LAS SOLICITADAS EN ESTOS 4 PUNTOS, ES DECIR, OFRECER BOLUS DE 15CM X 15CM EN LUGAR DE 10CM X 10CM Y 30CM X 30CM EN LUGAR DE 20CM X 20CM, RESPECTIVAMENTE, YA QUE AL SÓLO CORTAR EL BOLUS (LO CUAL NO AFECTA SU BUEN FUNCIONAMIENTO) SE PUEDE OBTENER LA DIMENSIÓN DE ÁREA SOLICITADA Y ASÍ SE PERMITIRIA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SOLICITAMOS ESTO PORQUE LO MÁS IMPORTANTE EN LOS BOLUS ES EL ESPESOR, YA QUE AFECTA DIRECTAMENTE EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA DOSIS, Y CON ESA CARACTERÍSTICA SÍ SE CUMPLIRÍA PARA CADA CASO; DE ESTA FORMA, SE SOLICITA AL INSTITUTO NOS PERMITA OFRECER ESTOS BOLUS YA QUE CUMPLEN Y SUPERAN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LOS NUMERALES "18.7.1. CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 0.5 CM, 18.7.2. CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 0.5 CM, 18.7.3. CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 0.5 CM, 18.7.4. CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 0.5 CM, 18.7.5. CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 1 CM, 18.7.6. CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 1 CM, 18.7.7. CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 1 CM, 18.7.8. CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 1 CM", CON UN TOTAL DE 40 PIEZAS. SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACIÓN ALGUNA A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica

LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

°	LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3524	HUMAN C	225451 DE HUMAN CORPORIS, SE ACEPTA PRESENTAR COMO DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL INCISO E) DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA, LAS LICITANTES PODRAN PARA EL PUNTO 16.8. LUXOMETRO DE ACUERDO A LA NOM 033-NUCL-2016	CON BASE A LA RESPUESTA RELACIONADA CON LA ESPECIFICACIÓN, EN DONDE SE CONTESTÓ, QUE SE ACEPTA SE INCLUYA MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DEL FABRICANTE EN LA QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL LUXÓMETRO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR LA NORMA CON LA NOM-033-NUCL-2016, SE SOLICITA AMABLEMENTE QUE LA MANIFESTACIÓN POR ESCRITO EN EL QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL LUXÓMETRO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR LA NORMA CON LA NOM-033-NUCL-2016 SEA POR PARTE DEL LICITANTE.	SE PRECISA QUE LAS LICITANTES, PARA ESTE PUNTO, 16.8. LUXOMETRO. (INCLUIR MARCA Y MODELO), NO REQUIEREN INCLUIR LA MANIFESTACIÓN DEL FABRICANTE O LICITANTE, SEÑALADA EN SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN QUE SE RESPONDE, SOLO DEBERAN OFERTAR DICHO ELEMENTO EN CONGRUENCIA Y COMPATIBILIDAD AL SISTEMA DE DOSIMETRIA REFERIDO EN EL NUMERAL 17 DEL ANEXO 3.1 ,
3525	HUMAN C	225456 DE HUMAN CORPORIS, SE ACEPTA QUE LA PARTICIPANTE OFERTE PARA EL PUNTO 18.6. 100 KG DE MATERIAL DE ALEACIÓN DE BAJO PUNTO DE FUSIÓN CON UNA DENSIDAD DE 9.6 G/CM3 O MAYOR., SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES	CONSIDERANDO SU RESPUESTA POSITIVA A ESTA PREGUNTA, SE SOLICITA TAMBIÉN A LA CONVOCANTE PERMITIRNOS OFRECER MATERIAL DE ALEACIÓN DE ALTO PUNTO DE FUSIÓN YA QUE ESE NO CONTIENE CADMIO, QUE PODRÍA SER POTENCIALMENTE DAÑO, ADEMÁS DE QUE ES EL QUE USUALMENTE SE USA PARA LA FABRICACIÓN DE MOLDES Y ES EL QUE CUMPLE CON LA DENSIDAD ACEPTADA PREVIAMENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "18.6. 100 KG DE MATERIAL DE ALEACION DE BAJO PUNTO DE FUSION CON UNA DENSIDAD DE 9.6 G/CM3"; DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
3526	HUMAN C	225460 DE HUMAN CORPORIS, NO ES CORRECTO LO MANIFESTADO, SE ACLARA RESPECTO AL NUMERAL REFERIDO, QUE CONSERVAR LAS CONDICIONES ESPECIFICAS ESTIPULADAS EN LICENCIA DE OPERACIÓN VIGENTE	CONSIDERANDO QUE LA RESPUESTA NO RESUELVE LA PREGUNTA HECHA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE (ESR DE LA UNIDAD) ¿PARA LA NUEVA LICENCIA DE OPERACION DEBEMOS CONSERVAR LA CARGA DE TRABAJO, ESTIPULADA EN EL APARTADO DE LA LICENCIA DE OPERACIÓN VIGENTE?	SE PRECISA QUE LA CARGA DE TRABAJO SE CONSIDERA DE 35 A 40 PACIENTES POR TURNO CON TECNICA IMRT PARA TODOS LOS DESTINOS DE ALTA ENERGIA.
3527	HUMAN C	225461 DE HUMAN CORPORIS, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "9.1 SISTEMA PORTAL DE IMÁGENES DE SILICIO AMORFO CON RESOLUCIÓN DE 1280 X 1280 O MAYOR 2D ROBOTIZADO, PARA VERIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE IMÁGENES"	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE NUEVAMENTE NUESTRA PETICIÓN, YA QUE NO SE DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO NI LA CAPACIDAD DEL EQUIPO PRINCIPAL Y PERMITE A LOS FABRICANTES PARTICIPAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES. ¿SE ACEPTA OFERTAR PUNTO 9.1 SISTEMA PORTAL DE IMÁGENES DE SILICIO AMORFO CON RESOLUCIÓN DE 1024 X 1024 O MAYOR CON TAMAÑO DE PIXEL A ISOCENTRO MENOR O IGUAL A 0.25 MM 2D ROBOTIZADO, PARA VERIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE IMÁGENES? YA QUE SE OFRECE UN MENOR TAMAÑO DE PIXEL A ISOCENTRO DANDO MEJOR RESOLUCIÓN EN SITIO DE INTERÉS.	NO ES PLENAMENTE CORRECTA SU APRECIACION, NO OBSTANTE SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL "9.1. SISTEMA PORTAL DE IMAGENES DE SILICIO AMORFO CON RESOLUCION DE 1024 X 1024 O MAYOR 2D ROBOTIZADO, PARA VERIFICACION Y LOCALIZACION DE IMAGENES", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica
LA-50-CYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

°	LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3528	HUMAN C	225469 DE HUMAN CORPORIS, NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO OBSTANTE SE ACEPTA QUE LA PARTICIPANTE OFERTE PARA EL PUNTO "14.10. QUE PERMITA REALIZAR CONTORNEO Y CON CAPACIDAD DE FUSIONAR IMÁGENES DE DIFERENTES MODALIDADES (PET-CT, CT Y RM), COMUNICACIÓN CON RIS/ PACS DE LA UNIDAD Y DICOM RT, Y EL NUMERAL 14.11.1. DEBERÁN	DADO QUE SE SOLICITA LICENCIAMIENTO COMPLETO DE TODAS LAS MODALIDADES PARA CÁLCULO DE DOSIS, PLANEACIÓN, CONTORNEO, ENTENDEMOS QUE SE DEBERA REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE TODOS LOS ACCELERADORES INSTALADOS PARA QUE, LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE PLANEACION OFERTADAS CUENTEN CON LA CAPACIDAD DE PLANEACIÓN EN EL SERVICIO DE RADIOTERAPIA DE ESTA UNIDAD, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION EN TANTO QUE NO SE LIMITA A LA PLANEACIÓN, DICHA CAPACIDAD DEL SISTEMA POR USTED REFERIDO, ÉSTE DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE REALZIAR EL COMISIONAMIENTO COMPLETO DE TODAS LAS MODALIDADES PARA CÁLCULO DE DOSIS, AUN EN LOS EQUIPÓS YA INSTALADOS, INCLUYENDO PLANEACIÓN, CONTORNEO, ENTRE OTRAS, ASI COMO EL LICENCIAMIENTO COMPLETO DEL ACCELERADOR LINEAL DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, JUNTAS DE ACLARACIONES Y DEMAS ANEXOS.
3529	HUMAN C	225594 NO ES PLENAMENTE CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO OBSTANTE SE ACEPTA OFERTAR PARA EL NUMERAL "5.1. CIENTO VEINTE (120) HOJAS O MAYOR CON ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR, PROYECTADO AL ISOCENTRO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO	CONSIDERANDO LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE, ENTENDEMOS QUE EL ESPESOR DE TODAS LAS HOJAS DEBEN TENER UN ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR. ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA QUE RESPECTO AL NUMERAL "5.1. CIENTO VEINTE (120) HOJAS O MAYOR CON ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR". POR CUANTO AL ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR, LO PANTADO ES CORRECTO. POR EL RESTO DE LA RESPUESTA EMITIDA A SU PREGUNTA ORIGINAL, SE REITERA LO MANIFESTADO POR ESTA ÁREA TÉCNICA.
3530	HUMAN C	225599 DE ELECTRONICA Y MEDICINA, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE ACLARA QUE PARA ELLO SE ESTABLECIÓ EN EL NUMERAL "15.13. EL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEBE SER CONECTADO Y COMUNICARSE EN TODOS SUS PARÁMETROS, CON LOS OTROS ACCELERADORES LINEALES, SIMULADORES Y BRAQUITERAPIA DEL SERVICIO DE	CONSIDERANDO ESTA RESPUESTA Y CONSIDERANDO QUE EN LA PARTIDA 4 TIJUANA EN EL PUNTO 15.13 Y LA PARTIDA 1 MONTERREY EN EL PUNTO 14.12 SE SOLICITA LA MISMA ESPECIFICACION, ENTENDEMOS QUE EL SISTEMA DE PLANEACIÓN PROPUESTO DEBE INCLUIRSE EL COMISIONAMIENTO PARA TODOS LOS ACCELERADORES INCLUIDOS EN MONTERREY Y EN TIJUANA. ES DECIR, QUE EL NUEVO SISTEMA DE PLANEACIÓN DEBE TENER LA CAPACIDAD DE PLANEACIÓN TODOS LOS ACCELERADORES PARA SU USO CLINICO, INCLUYENDO LOS ACTUALMENTE INSTALADOS. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION EN TANTO QUE NO SE LIMITA A LA PLANEACIÓN, DICHA CAPACIDAD DEL SISTEMA POR USTED REFERIDO, ÉSTE DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE REALZIAR EL COMISIONAMIENTO COMPLETO DE TODAS LAS MODALIDADES PARA CÁLCULO DE DOSIS, AUN EN LOS EQUIPÓS YA INSTALADOS, INCLUYENDO PLANEACIÓN, CONTORNEO, ENTRE OTRAS, ASI COMO EL LICENCIAMIENTO COMPLETO DEL ACCELERADOR LINEAL DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, JUNTAS DE ACLARACIONES Y DEMAS ANEXOS.
3531	HUMAN C	225802 DE ELECTRONICA Y MEDICINA, SE ACEPTA QUE LA PARTICIPANTE OFERTE PARA EL PUNTO "16.8. UN (1) TANQUE DE CALENTAMIENTO DE AGUA PARA PREPARACIÓN DE MALLAS TERMOPLÁSTICAS DE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 60CM X 40 CM X 20 CM (115 V).	CONSIDERANDO SU RESPUESTA POSITIVA A ESTA PREGUNTA RESPECTO AL VOLTAJE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "UN (1) TANQUE DE CALENTAMIENTO DE AGUA PARA PREPARACIÓN DE MALLAS TERMOPLÁSTICAS DE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 60CM X 40CM X 20CM (120 V)" ¿SE ACEPTA?	NO ES PLENAMENTE CORRECTA SU APRECIACION NO OBSTANTE SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL "16.8. UN (1) TANQUE DE CALENTAMIENTO DE AGUA PARA PREPARACION DE MALLAS TERMOPLASTICAS DE DIMENSIONES MINIMAS DE 60CM X 40 CM X 20 CM (120 V). (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica

LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

°	LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3532	HUMAN C	225606 DE ELECTRONICA Y MEDICINA, SE PRECISA PARA EL NUMERAL "19.7.1. LAS MEDIDAS CORRESPONDEN A CINCO (5) PIEZAS DE 10 CM X 10 CM X 0.5 CM"	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 0.5 CM" YA QUE AL SÓLO CORTAR EL BOLUS (LO CUAL NO AFECTA SU BUEN FUNCIONAMIENTO) SE PUEDE OBTENER LA DIMENSIÓN DE ÁREA SOLICITADA, SIN CAMBIAR EL ESPESOR DEL BOLUS, QUE ES LO MÁS IMPORTANTE YA QUE AFECTA DIRECTAMENTE EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA DOSIS, Y CON ESA CARACTERÍSTICA SÍ SE CUMPLIRÍA. DE ESTA FORMA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFRECER ESTOS BOLUS YA QUE CUMPLEN Y SUPERAN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LOS NUMERALES "19.7.1. CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 0.5 CM", CON UN TOTAL DE 40 PIEZAS. SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACIÓN ALGUNA A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
3533	HUMAN C	225608 DE ELECTRONICA Y MEDICINA, SE PRECISA QUE PARA EL NUMERAL "19.7.3. LAS MEDIDAS CORRESPONDEN A CINCO (5) PIEZAS DE 20 CM X 20 CM X 0.5 CM"	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 0.5 CM" YA QUE AL SÓLO CORTAR EL BOLUS (LO CUAL NO AFECTA SU BUEN FUNCIONAMIENTO) SE PUEDE OBTENER LA DIMENSIÓN DE ÁREA SOLICITADA, SIN CAMBIAR EL ESPESOR DEL BOLUS, QUE ES LO MÁS IMPORTANTE YA QUE AFECTA DIRECTAMENTE EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA DOSIS, Y CON ESA CARACTERÍSTICA SÍ SE CUMPLIRÍA. DE ESTA FORMA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFRECER ESTOS BOLUS YA QUE CUMPLEN Y SUPERAN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LOS NUMERALES "19.7.3. CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 0.5 CM", CON UN TOTAL DE 40 PIEZAS SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACIÓN ALGUNA A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
3534	HUMAN C	225614 DE ELECTRONICA Y MEDICINA, NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE ACEPTA OFERTAR PARA EL NUMERAL "5.1. CIENTO VEINTE (120) HOJAS O MAYOR CON ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR, PROYECTADO AL ISOCENTRO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES	CONSIDERANDO LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE, ENTENDEMOS QUE EL ESPESOR DE TODAS LAS HOJAS DEBEN TENER UN ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR. ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA QUE RESPECTO AL NUMERAL "5.1. CIENTO VEINTE (120) HOJAS O MAYOR CON ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR". POR CUANTO AL ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR, LO PANTADO ES CORRECTO. POR EL RESTO DE LA RESPUESTA EMITIDA A SU PREGUNTA ORIGINAL, SE REITERA LO MANIFESTADO POR ESTA ÁREA TÉCNICA.
3535	HUMAN C	225620 DE ELECTRONICA Y MEDICINA, SE ACEPTA QUE LA PARTICIPANTE OFERTE PARA EL PUNTO "15.8. UN (1) TANQUE DE CALENTAMIENTO DE AGUA PARA PREPARACIÓN DE MALLAS TERMOPLÁSTICAS DE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 60CM X 40 CM X 20 CM (115 V)	CONSIDERANDO SU RESPUESTA POSITIVA A ESTA PREGUNTA RESPECTO AL VOLTAJE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "UN (1) TANQUE DE CALENTAMIENTO DE AGUA PARA PREPARACIÓN DE MALLAS TERMOPLÁSTICAS DE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 60CM X 40CM X 20CM (120 V)" ¿SE ACEPTA?	NO ES PLENAEMNTE CORRECTA SU APRECIACION, NO OBSTANTE SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL "15.8. UN (1) TANQUE DE CALENTAMIENTO DE AGUA PARA PREPARACION DE MALLAS TERMOPLASTICAS DE DIMENSIONES MINIMAS DE 60CM X 40 CM X 20 CM (120 V). (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica

LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

	LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3536	HUMAN C	225625 DE ELECTRONICA Y MEDICINA, SE PRECISA PARA EL NUMERAL "18.7.1. LAS MEDIDAS CORRESPONDEN A CINCO (5) PIEZAS DE 10 CM X 10 CM X 0.5 CM"	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 0.5 CM" YA QUE AL SÓLO CORTAR EL BOLUS (LO CUAL NO AFECTA SU BUEN FUNCIONAMIENTO) SE PUEDE OBTENER LA DIMENSIÓN DE ÁREA SOLICITADA, SIN CAMBIAR EL ESPESOR DEL BOLUS, QUE ES LO MÁS IMPORTANTE YA QUE AFECTA DIRECTAMENTE EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA DOSIS, Y CON ESA CARACTERÍSTICA SI SE CUMPLIRÍA. DE ESTA FORMA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFRECER ESTOS BOLUS YA QUE CUMPLEN Y SUPERAN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LOS NUMERALES "18.7.1. CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 0.5 CM", CON UN TOTAL DE 40 PIEZAS. SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACIÓN ALGUNA A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
3537	HUMAN C	225627 DE ELECTRONICA Y MEDICINA, SE PRECISA QUE PARA EL NUMERAL "18.7.3. LAS MEDIDAS CORRESPONDEN A CINCO (5) PIEZAS DE 20 CM X 20 CM X 0.5 CM"	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 0.5 CM" YA QUE AL SÓLO CORTAR EL BOLUS (LO CUAL NO AFECTA SU BUEN FUNCIONAMIENTO) SE PUEDE OBTENER LA DIMENSIÓN DE ÁREA SOLICITADA, SIN CAMBIAR EL ESPESOR DEL BOLUS, QUE ES LO MÁS IMPORTANTE YA QUE AFECTA DIRECTAMENTE EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA DOSIS, Y CON ESA CARACTERÍSTICA SI SE CUMPLIRÍA. DE ESTA FORMA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFRECER ESTOS BOLUS YA QUE CUMPLEN Y SUPERAN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LOS NUMERALES "18.7.3. CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 0.5 CM", CON UN TOTAL DE 40 PIEZAS SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACIÓN ALGUNA A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
3538	HUMAN C	225635 DE ELECTRONICA Y MEDICINA, NO ES PLENAMENTE CORRECTA SU MANIFESTACIÓN, NO OBSTANTE SE ACEPTA OFERTAR PARA EL NUMERAL "5.1. CIENTO VEINTE (120) HOJAS O MAYOR CON ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR, PROYECTADO AL ISOCENTRO", SIN QUE SEA	CONSIDERANDO LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE, ENTENDEMOS QUE EL ESPESOR DE TODAS LAS HOJAS DEBEN TENER UN ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR. ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA QUE RESPECTO AL NUMERAL "5.1. CIENTO VEINTE (120) HOJAS O MAYOR CON ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR". POR CUANTO AL ESPESOR DE 0.5 CM O MENOR, LO PANTADO ES CORRECTO. POR EL RESTO DE LA RESPUESTA EMITIDA A SU PREGUNTA ORIGINAL, SE REITERA LO MANIFESTADO POR ESTA ÁREA TÉCNICA.
3539	HUMAN C	225645 DE ELECTRONICA Y MEDICINA, SE ACEPTA QUE LA PARTICIPANTE OFERTE PARA EL PUNTO "16.8. UN (1) TANQUE DE CALENTAMIENTO DE AGUA PARA PREPARACIÓN DE MALLAS TERMOPLÁSTICAS DE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 60CM X 40 CM X 20 CM (115 V).	CONSIDERANDO SU RESPUESTA POSITIVA A ESTA PREGUNTA RESPECTO AL VOLTAJE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "UN (1) TANQUE DE CALENTAMIENTO DE AGUA PARA PREPARACIÓN DE MALLAS TERMOPLÁSTICAS DE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 60CM X 40CM X 20CM (120 V)" ¿SE ACEPTA?	NO ES PLENAMENTE CORRECTA SU APRECIACION NO OBSTANTE SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL "16.8. UN (1) TANQUE DE CALENTAMIENTO DE AGUA PARA PREPARACION DE MALLAS TERMOPLASTICAS DE DIMENSIONES MINIMAS DE 60CM X 40 CM X 20 CM (120 V). (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica
LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

°	LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3540	HUMAN C	225650 DE ELECTRONICA Y MEDICINA, SE PRECISA QUE PARA EL NUMERAL "19.7.1. LAS MEDIDAS SON CINCO (5) PIEZAS DE 10 CM X 10 CM X 0.5 CM".	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 0.5 CM" YA QUE AL SÓLO CORTAR EL BOLUS (LO CUAL NO AFECTA SU BUEN FUNCIONAMIENTO) SE PUEDE OBTENER LA DIMENSIÓN DE ÁREA SOLICITADA, SIN CAMBIAR EL ESPESOR DEL BOLUS, QUE ES LO MÁS IMPORTANTE YA QUE AFECTA DIRECTAMENTE EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA DOSIS, Y CON ESA CARACTERÍSTICA SÍ SE CUMPLIRÍA. DE ESTA FORMA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFRECER ESTOS BOLUS YA QUE CUMPLEN Y SUPERAN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LOS NUMERALES "19.7.1. CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 0.5 CM", CON UN TOTAL DE 40 PIEZAS. SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACIÓN ALGUNA A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
3541	HUMAN C	225652 DE ELECTRONICA Y MEDICINA, SE PRECISA QUE PARA EL NUMERAL "19.7.3. LAS MEDIDAS SON CINCO (5) PIEZAS DE 20 CM X 20 CM X 0.5 CM".	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 0.5 CM" YA QUE AL SÓLO CORTAR EL BOLUS (LO CUAL NO AFECTA SU BUEN FUNCIONAMIENTO) SE PUEDE OBTENER LA DIMENSIÓN DE ÁREA SOLICITADA, SIN CAMBIAR EL ESPESOR DEL BOLUS, QUE ES LO MÁS IMPORTANTE YA QUE AFECTA DIRECTAMENTE EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA DOSIS, Y CON ESA CARACTERÍSTICA SÍ SE CUMPLIRÍA. DE ESTA FORMA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFRECER ESTOS BOLUS YA QUE CUMPLEN Y SUPERAN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LOS NUMERALES "19.7.3. CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 0.5 CM", CON UN TOTAL DE 40 PIEZAS. SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACIÓN ALGUNA A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
3542	HUMAN C	225668 DE ELECTRONICA Y MEDICINA, NO ES PLENAMENTE CORRECTA SU MANIFESTACIÓN, NO OBSTANTE SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "16.8. UN (1) TANQUE DE CALENTAMIENTO DE AGUA PARA PREPARACIÓN DE MALLAS TERMOPLÁSTICAS DE	CONSIDERANDO SU RESPUESTA POSITIVA A ESTA PREGUNTA RESPECTO AL VOLTAJE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "UN (1) TANQUE DE CALENTAMIENTO DE AGUA PARA PREPARACIÓN DE MALLAS TERMOPLÁSTICAS DE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 60CM X 40CM X 20CM (120 V)" ¿SE ACEPTA?	NO ES PLENAMENTE CORRECTA SU APRECIACION NO OBSTANTE SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL "16.8. UN (1) TANQUE DE CALENTAMIENTO DE AGUA PARA PREPARACION DE MALLAS TERMOPLASTICAS DE DIMENSIONES MINIMAS DE 60CM X 40 CM X 20 CM (120 V). (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
3543	HUMAN C	225676 DE ELECTRONICA Y MEDICINA, SE PRECISA QUE PARA EL NUMERAL "20.7.1. LAS MEDIDAS SON CINCO (5) PIEZAS DE 10 CM X 10 CM X 0.5 CM".	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 0.5 CM" YA QUE AL SÓLO CORTAR EL BOLUS (LO CUAL NO AFECTA SU BUEN FUNCIONAMIENTO) SE PUEDE OBTENER LA DIMENSIÓN DE ÁREA SOLICITADA, SIN CAMBIAR EL ESPESOR DEL BOLUS, QUE ES LO MÁS IMPORTANTE YA QUE AFECTA DIRECTAMENTE EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA DOSIS, Y CON ESA CARACTERÍSTICA SÍ SE CUMPLIRÍA. DE ESTA FORMA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFRECER ESTOS BOLUS YA QUE CUMPLEN Y SUPERAN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LOS NUMERALES "20.7.1. CINCO (5) PIEZAS DE 15 CM X 15 CM X 0.5 CM", CON UN TOTAL DE 40 PIEZAS SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACIÓN ALGUNA A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica
LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

°	LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3544	HUMAN C	225678 DE ELECTRONICA Y MEDICINA, SE PRECISA QUE PARA EL NUMERAL "20.7.3. LAS MEDIDAS SON CINCO (5) PIEZAS DE 20 CM X 20 CM X 0.5 CM"	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 0.5 CM" YA QUE AL SÓLO CORTAR EL BOLUS (LO CUAL NO AFECTA SU BUEN FUNCIONAMIENTO) SE PUEDE OBTENER LA DIMENSIÓN DE ÁREA SOLICITADA, SIN CAMBIAR EL ESPESOR DEL BOLUS, QUE ES LO MÁS IMPORTANTE YA QUE AFECTA DIRECTAMENTE EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA DOSIS, Y CON ESA CARACTERÍSTICA SÍ SE CUMPLIRÍA. DE ESTA FORMA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFRECER ESTOS BOLUS YA QUE CUMPLEN Y SUPERAN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LOS NUMERALES " 20.7.3. CINCO (5) PIEZAS DE 30 CM X 30 CM X 0.5 CM", CON UN TOTAL DE 40 PIEZAS QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACIÓN ALGUNA A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
3545	ELECTRO	225315	ENTENDEMOS QUE ESTA RESPUESTA APLICA PARA TODAS LAS PARTIDAS DE LA CONVOCATORIA, SIENDO LOS PUNTOS PARTIDA 1, PUNTO 16.12, PARTIDA 2 PUNTO 17.12, PARTIDA 3 PUNTO 17.12 Y PARTIDA 4 PUNTO 18.12. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO LO PLANTEADO EN SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN
3546	ELECTRO	225287	CON BASE EN LA RESPUESTA DADA, ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA CADA MÉDICO UN TOTAL DE 168 HORAS EFECTIVAS DE CAPACITACIÓN; DADO QUE CADA UNIDAD DESIGNARÁ EL NÚMERO DE MÉDICOS A CAPACITAR SIENDO UN MÁXIMO DE 5 MÉDICOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO LO PLANTEADO EN SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN
3547	ELECTRO	225288	CON BASE EN LA RESPUESTA DADA, ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA CADA FÍSICO MÉDICO UN TOTAL DE 480 HORAS EFECTIVAS DE CAPACITACIÓN; DADO QUE CADA UNIDAD DESIGNARÁ EL NÚMERO DE FÍSICOS A CAPACITAR SIENDO UN MÁXIMO DE 4. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO LO PLANTEADO EN SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN
3548	ELECTRO	225322	DADO QUE LOS EQUIPOS SON DE FABRICACIÓN EXTRANJERA Y NO EXISTE UN CATÁLOGO DONDE SE INDIQUE TEXTUALMENTE QUE EL SISTEMA PROPUESTO CUMPLE CON LA NOM-033-NUCL-2016 SIENDO ESTA UNA NORMA MEXICANA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN CATÁLOGOS Y MANUALES, Y ÚNICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA POR MEDIO DE UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, DANDO CABAL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-033-NUCL-2016 "ESPECIFICACIONES PARA LA OPERACIÓN DE UNIDADES DE TELETERAPIA: ACCELERADORES LINEALES, RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO OFERTADO POR LAS LICITANTES, SE ACREDITARÁ, IDENTIFICANDO LA CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA OFERTADA EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO E) DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA Y EL PARÁMETRO O ESPECIFICACIÓN ESTABLECIDA EN LA NOM EN REFERENCIA, EXISTIENDO PLENA CONGRUENCIA ENTRE AMBOS DATOS, CARACTERÍSTICA O ESPECIFICACIÓN OFERTADA Y CARACTERÍSTICA O ESPECIFICACIÓN ESTABLECIDA POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA EN CITA.
3549	ELECTRO	225323	DADO QUE LA NOM 033-NUCL-2016 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA OPERACIÓN DE UNIDADES DE TELETERAPIA: ACCELERADORES LINEALES, NO HACE MENCIÓN A LA MEDICIÓN DE INTENSIDAD DE LUZ, SOLICITAMOS SE MODIFIQUE EL PUNTO 17.8. LUXOMETRO DE ACUERDO A LA NOM 033-NUCL_2016. (INCLUIR MARCA Y MODELO) A 17.8. LUXOMETRO. (INCLUIR MARCA Y MODELO). ¿SE ACEPTA?	SE PRECISA QUE LAS LICITANTES, PARA ESTE PUNTO, 17.8. LUXOMETRO. (INCLUIR MARCA Y MODELO), SOLO DEBERAN OFERTAR DICHO ELEMENTO EN CONGRUENCIA Y COMPATIBILIDAD AL SISTEMA DE DOSIMETRIA REFERIDO EN EL NUMERAL 17 DEL ANEXO 3.1
3550	ELECTRO	225328	CON BASE A LA RESPUESTA DADA Y EN EL ENTENDIDO DE QUE EN LAS CÉDULAS SE SOLICITA ALEACIÓN DE BAJO PUNTO DE FUSIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE UNA DENSIDAD DE 9.6 G/CM3 (+/- 3%). ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR PARA EL NUMERAL "19.6. 50 KG DE MATERIAL DE ALEACIÓN DE BAJO PUNTO DE FUSIÓN CON UNA DENSIDAD DE 9.6 G/CM3 (+/- 3%)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACIÓN ALGUNA A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica
LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

°	LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3551	ELECTRO	225376	DADO QUE LOS EQUIPOS SON DE FABRICACIÓN EXTRANJERA Y NO EXISTE UN CATÁLOGO DONDE SE INDIQUE TEXTUALMENTE QUE EL SISTEMA PROPUESTO CUMPLE CON LA NOM-033-NUCL-2016 SIENDO ESTA UNA NORMA MEXICANA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN CATÁLOGOS Y MANUALES, Y ÚNICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA POR MEDIO DE UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, DANDO CABAL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-033-NUCL-2016 "ESPECIFICACIONES PARA LA OPERACIÓN DE UNIDADES DE TELETERAPIA: ACELERADORES LINEALES, RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO OFERTADO POR LAS LICITANTES, SE ACREDITARÁ, IDENTIFICANDO LA CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA OFERTADA EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO E) DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA Y EL PARÁMETRO O ESPECIFICACIÓN ESTABLECIDA EN LA NOM EN REFERENCIA, EXISTIENDO PLENA CONGRUENCIA ENTRE AMBOS DATOS, CARACTERÍSTICA O ESPECIFICACIÓN OFERTADA Y CARACTERÍSTICA O ESPECIFICACIÓN ESTABLECIDA POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA EN CITA.
3552	ELECTRO	225377	DADO QUE LA NOM 033-NUCL-2016 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA OPERACIÓN DE UNIDADES DE TELETERAPIA: ACELERADORES LINEALES, NO HACE MENCIÓN A LA MEDICIÓN DE INTENSIDAD DE LUZ, SOLICITAMOS SE MODIFIQUE EL PUNTO 17.8 A 17.8. LUXÓMETRO. (INCLUIR MARCA Y MODELO). ¿SE ACEPTA?	SE PRECISA QUE LAS LICITANTES, PARA ESTE PUNTO, 17.8. LUXÓMETRO. (INCLUIR MARCA Y MODELO), SOLO DEBERAN OFERTAR DICHO ELEMENTO EN CONGRUENCIA Y COMPATIBILIDAD AL SISTEMA DE DOSIMETRÍA REFERIDO EN EL NUMERAL 17 DEL ANEXO 3.1
3553	ELECTRO	225382	CON BASE A LA RESPUESTA DADA Y EN EL ENTENDIDO DE QUE EN LAS CÉDULAS SE SOLICITA ALEACIÓN DE BAJO PUNTO DE FUSIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE UNA DENSIDAD DE 9.6 G/CM3 (+/- 3%), ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR PARA EL NUMERAL "20.6. 100 KG DE MATERIAL DE ALEACIÓN DE BAJO PUNTO DE FUSIÓN CON UNA DENSIDAD DE 9.6 G/CM3 (+/- 3%)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACIÓN ALGUNA A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
3554	ELECTRO	225414	DADO QUE LOS EQUIPOS SON DE FABRICACIÓN EXTRANJERA Y NO EXISTE UN CATÁLOGO DONDE SE INDIQUE TEXTUALMENTE QUE EL SISTEMA PROPUESTO CUMPLE CON LA NOM-033-NUCL-2016 SIENDO ESTA UNA NORMA MEXICANA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN CATÁLOGOS Y MANUALES, Y ÚNICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA POR MEDIO DE UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, DANDO CABAL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-033-NUCL-2016 "ESPECIFICACIONES PARA LA OPERACIÓN DE UNIDADES DE TELETERAPIA: ACELERADORES LINEALES, RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO OFERTADO POR LAS LICITANTES, SE ACREDITARÁ, IDENTIFICANDO LA CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA OFERTADA EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO E) DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA Y EL PARÁMETRO O ESPECIFICACIÓN ESTABLECIDA EN LA NOM EN REFERENCIA, EXISTIENDO PLENA CONGRUENCIA ENTRE AMBOS DATOS, CARACTERÍSTICA O ESPECIFICACIÓN OFERTADA Y CARACTERÍSTICA O ESPECIFICACIÓN ESTABLECIDA POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA EN CITA.
3555	ELECTRO	225415	DADO QUE LA NOM 033-NUCL-2016 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA OPERACIÓN DE UNIDADES DE TELETERAPIA: ACELERADORES LINEALES, NO HACE MENCIÓN A LA MEDICIÓN DE INTENSIDAD DE LUZ, SOLICITAMOS SE MODIFIQUE EL PUNTO 17.8 A 17.8. LUXÓMETRO. (INCLUIR MARCA Y MODELO). ¿SE ACEPTA?	SE PRECISA QUE LAS LICITANTES, PARA ESTE PUNTO, 17.8. LUXÓMETRO. (INCLUIR MARCA Y MODELO), SOLO DEBERAN OFERTAR DICHO ELEMENTO EN CONGRUENCIA Y COMPATIBILIDAD AL SISTEMA DE DOSIMETRÍA REFERIDO EN EL NUMERAL 17 DEL ANEXO 3.1



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica
LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3556	ELECTRO 225420	CON BASE A LA RESPUESTA DADA Y EN EL ENTENDIDO DE QUE EN LAS CÉDULAS SE SOLICITA ALEACIÓN DE BAJO PUNTO DE FUSIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR UNA DENSIDAD DE 9.6 G/CM3 (+/- 3%), ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR PARA EL NUMERAL "19.6. 100 KG DE MATERIAL DE ALEACION DE BAJO PUNTO DE FUSION CON UNA DENSIDAD DE 9.6 G/CM3 (+/- 3%)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACIÓN ALGUNA A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
3557	ELECTRO 225450	DADO QUE LOS EQUIPOS SON DE FABRICACIÓN EXTRANJERA Y NO EXISTE UN CATÁLOGO DONDE SE INDIQUE TEXTUALMENTE QUE EL SISTEMA PROPUESTO CUMPLE CON LA NOM-033-NUCL-2016 SIENDO ESTA UNA NORMA MEXICANA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN CATÁLOGOS Y MANUALES, Y ÚNICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA POR MEDIO DE UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, DANDO CABAL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-033-NUCL-2016 "ESPECIFICACIONES PARA LA OPERACIÓN DE UNIDADES DE TELETERAPIA: ACCELERADORES LINEALES, RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO OFERTADO POR LAS LICITANTES, SE ACREDITARÁ, IDENTIFICANDO LA CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA OFERTADA EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO E) DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA Y EL PARAMETRO O ESPECIFICACIÓN ESTABLECIDA EN LA NOM EN REFERENCIA, EXISTIENDO PLENA CONGRUENCIA ENTRE AMBOS DATOS, CARACTERÍSTICA O ESPECIFICACIÓN OFERTADA Y CARACTERÍSTICA O ESPECIFICACIÓN ESTABLECIDA POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA EN CITA.
3558	ELECTRO 225451	DADO QUE LA NOM 033-NUCL-2016 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA OPERACIÓN DE UNIDADES DE TELETERAPIA: ACCELERADORES LINEALES, NO HACE MENCIÓN A LA MEDICIÓN DE INTENSIDAD DE LUZ, SOLICITAMOS SE MODIFIQUE EL PUNTO 17.8 A 17.8. LUXÓMETRO. (INCLUIR MARCA Y MODELO). ¿SE ACEPTA?	SE PRECISA QUE LAS LICITANTES, PARA ESTE PUNTO, 17.8. LUXÓMETRO. (INCLUIR MARCA Y MODELO), SOLO DEBERAN OFERTAR DICHO ELEMENTO EN CONGRUENCIA Y COMPATIBILIDAD AL SISTEMA DE DOSIMETRÍA REFERIDO EN EL NUMERAL 17 DEL ANEXO 3.1
3559	ELECTRO 225456	CON BASE A LA RESPUESTA DADA Y EN EL ENTENDIDO DE QUE EN LAS CÉDULAS SE SOLICITA ALEACIÓN DE BAJO PUNTO DE FUSIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR UNA DENSIDAD DE 9.6 G/CM3 (+/- 3%), ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR PARA EL NUMERAL "18.6. 100 KG DE MATERIAL DE ALEACION DE BAJO PUNTO DE FUSION CON UNA DENSIDAD DE 9.6 G/CM3 (+/- 3%)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. LO ANTERIOR NO REPRESENTA MODIFICACIÓN ALGUNA A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
3560	ELECTRO 225611	CON BASE EN LA RESPUESTA DADA, ENTENDEMOS QUE PARA LA REFERENCIA DE ESTOS PUNTOS SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR EL ANEXO 4.9 FORMATO VISITA A INSTALACIONES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, REITERANDO QUE LAS LICITANTES DEBERAN OFERTAR LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3.1. "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO" Y PODRÁ REFERENCIAR CON CARTA COMPROMISO LOS NUMERALES 20.1, 20.1.1, 20.4, 20.5 Y 20.6., ATENDIENDO TODO LO SOLICITADO EN EL ANEXO DOS. TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARAN O COLOCARÁN LOS BIENES... INCLUYENDO EL ANEXO 4.9 FORMATO VISITA A INSTALACIONES... ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN EL ANEXO 9: TR 4 ACCELERADORES", COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES...



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica
LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

°	LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3561	ELECTRO	225631	CON BASE EN LA RESPUESTA DADA, ENTENDEMOS QUE PARA LA REFERENCIA DE ESTOS PUNTOS SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR EL ANEXO 4.9 FORMATO VISITA A INSTALACIONES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, REITERANDO QUE LAS LICITANTES DEBERA OFERTAR LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3.1. "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO" Y PODRA REFERENCIAR CON CARTA COMPROMISO LOS NUMERALES 19.1, 19.1.1, 19.4, 19.5 Y 19.6., ATENDIENDO TODO LO SOLICITADO EN EL ANEXO DOS. TERMINOS Y CONDICIONES INCISO F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARAN O COLOCARAN LOS BIENES... INCLUYENDO EL ANEXO 4.9 FORMATO VISITA A INSTALACIONES... ASI COMO LO ESTIPULADO EN EL ANEXO 9: TR 4 ACELERADORES", COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES....
3562	ELECTRO	225655	CON BASE EN LA RESPUESTA DADA, ENTENDEMOS QUE PARA LA REFERENCIA DE ESTOS PUNTOS SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR EL ANEXO 4.9 FORMATO VISITA A INSTALACIONES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. DEBERA OFERTAR LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3.1. "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO" Y PODRA REFERENCIAR CON CARTA COMPROMISO LOS NUMERALES 20.1, 20.1.1, 20.4, 20.5 Y 20.6., ATENDIENDO TODO LO SOLICITADO EN EL ANEXO DOS. TERMINOS Y CONDICIONES INCISO F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARAN O COLOCARAN LOS BIENES... INCLUYENDO EL ANEXO 4.9 FORMATO VISITA A INSTALACIONES... ASI COMO LO ESTIPULADO EN EL ANEXO 9: TR 4 ACELERADORES", COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES....
3563	ELECTRO	225661	DADO QUE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ONCOLÓGICA ES NECESARIO PARA EL AGENDAMIENTO DEL PACIENTE, CARGA DE PLANES DE TRATAMIENTO, CONSULTA DE REPORTES, INFORMACIÓN DE POSICIONAMIENTO, ETC.; SE SUGIERE QUE SE INCLUYAN AL MENOS 2 ESTACIONES DE TRABAJO OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	NO ES PLENAMENTE CORRECTA SU APRECIACION, NO OBSTANTE SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL "14.1. DOS (2) DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO (SOLICITADA EN EL NUMERAL 15.12), SE CONSIDERAN PARA EL SISTEMA ONCOLÓGICO Y AGENDAMIENTO, QUE SE DEBERÁ INSTALAR EN EL ÁREA DE PLANEACIÓN Y DONDE LA UNIDAD LO INDIQUE", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
3564	ELECTRO	225681	ENTENDEMOS QUE ESTA RESPUESTA APLICA PARA TODAS LAS PARTIDAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LAS CUATRO PARTIDAS QUE INTEGRAN LA PRESENTE LICITACIÓN, CUENTAN CON CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (ANEXO 3.1) ESPECÍFICAS PARA CADA UNO DE ELLAS, POR LO QUE LOS NUMERALES REFERIDOS, NO CORRESPONDEN A LAS 4 PARTIDAS DE LA MISMA FORMA, POR LO QUE, PARA LA PARTIDA 4 LOS NUMERALES 21.1, 21.4, 21.5 Y 21.6 SON EXPECÍFICOS PARA ESA PARTIDA.



GOBIERNO DE
MÉXICO



Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica
LA-50-GYR-050GYR040-T-1-2023

Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel
de Atención, Segunda Etapa 2023

°	LICITAN	REFERENCIA, A LA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL COMPRADOR	RESPUESTA
3565	ELECTRO	225692	CONFORME A LA RESPUESTA ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN POR CADA CONCEPTO CONFORME AL ANEXO 10 CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO REBASE EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, EL INSTITUTO APLICARA PENAS CONVENCIONALES POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONFORME AL ANEXO NO. 10 "CRONOGRAMA DE INSTALACION DEL ACCELERADOR LINEAL (ANEXO TECNICO)", PRESENTADO POR EL PROVEEDOR, CALCULANDO LAS MISMAS, DE ACUERDO A LOS DÍAS DE ATRASO EN SU CUMPLIMIENTO, APLICANDO LAS MISMAS, CON UN PORCENTAJE MAXIMO DE PENALIZACION DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN I.V.A., PREVIO AL EVENTUAL PAGO DEL EQUIPO, EN TANTO EXISTA EL PLENO U ABSOLUTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y AGOTADOS LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL INSTRUMENTO CONTRACTUAL RESPECTIVO.
3566	ELECTRO	255714	DADO A QUE DURANTE LA VISITA NO SE PUEDEN OBTENER LOS DETALLES ESTRUCTURALES DEL ESTADO ACTUAL DE LAS UNIDADES, SIENDO ESTOS DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA ADECUACIÓN DE ÁREAS; SE SOLICITA AMABLEMENTE PROPORCIONAR LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE CADA UNA DE LAS SEDES. ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE DENTRO DE LOS ALCANCES DEL LICITANTE ADJUDICADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE DE VISITA Y EL LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERIAS ELECTROMECANICAS DEL SERVICIO QUE NOS OCUPA; CON DICHA INFORMACIÓN SERVIRA DE BASE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO. ASI MISMO, LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SE REQUEIRA POR LAS ADJUDICADAS, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS RESEPECTIVOS, SERÁ PROPORCIONADA POR EL INSTITUTO EN SU MOMENTO.