ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO)

En la Ciudad de México, siendo las **11:00** horas del día **14 de noviembre de 2023**, en la Sala 5, Sótano Ala Poniente del edificio de Avenida Paseo de la Reforma No. 476, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06600, se reunieron los servidores públicos y el Testigo Social designado por la Secretaría de la Función Pública, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente, con el objeto de dar inicio a la Junta de Aclaraciones de la Convocatoria indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), 45 y 46 fracción II de su Reglamento (en adelante el Reglamento) y en el numeral 3.4 de la Convocatoria.

El acto es presidido por la Lic. Karla Pacheco Villanueva, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, de conformidad con las facultades conferidas en el numeral 7.1.3.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, así como el numeral 5.3.8., inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

Se informa que el presente acto está siendo videograbado, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 6 y 8 de la sección II del "Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante el DOF), el 20 de agosto de 2015; y los Acuerdos por los que se modifica el Protocolo de Actuación en cita, publicados en el DOF los días 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017.

Quien preside el acto, es asistida por los representantes de la Coordinación Técnica de Construcción como Área Requirente y de la Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo como Área Técnica, quienes solventarán las solicitudes de aclaración de carácter técnico; el Área Contratante, solventará las solicitudes de aclaración de carácter legal – administrativo y económico.

Asimismo, se informa que se encuentran presentes los representantes de la Coordinación de Legislación y Consulta y del Órgano Interno de Control en el Instituto.

Se hace del conocimiento de los interesados en participar en el presente procedimiento de contratación que de conformidad con el artículo 26 Ter de la Ley y el *"Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los Testigos Sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal"* publicados en el DOF el 16 de diciembre de 2004; en el presente procedimiento de contratación se

Durango 291, Piso 11, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México
Tel. 55 5726-1700, Ext. 14925. www.imss.gob.mx

2023 AÑO DE Francisco VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO)

cuenta con la participación de un Testigo Social designado por la Secretaría de la Función Pública, para atestiguar el procedimiento de contratación, cuyo nombre se señala al final de la presente Acta.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 del Reglamento, a este acto no asistió alguna persona que manifestara su interés de estar presente como observador.

DESARROLLO DEL ACTO

De conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, se informa que solamente se atenderán las solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero y cuyas solicitudes de aclaración se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

Quién preside el acto, señala que tal como consta en la impresión de la pantalla del sistema CompraNet, que se adjunta a la presente como **ANEXO I**, se recibieron en tiempo y forma las solicitudes de aclaración y/o el escrito de interés en participar, lo anterior de conformidad con lo solicitado en el numeral 3.4 de la convocatoria, de los siguientes licitantes:

	Nombre o Razón Social del Licitante	Escrito de Interés	Solicitudes de Aclaración
1	ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.	Si	30
2	AMC BIOMEDICAL, S.A DE C.V.	Si	0
3	ARROBA XYNERGIX, S.A. DE C.V.	Si	6
4	B. BRAUN MEDICAL DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	Si	0
5	B.C. APLICACIONES MÉDICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	Si	24
6	BIOCARE SYSTEMS, S.A.S. DE C.V.	Si	11
7	BIOSYSTEMS H.L.S., S.A. DE C.V.	Si	0

Durango 291, Piso 11, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México
Tel. 55 5726-1700, Ext. 14925. www.imss.gob.mx

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO)

	Nombre o Razón Social del Licitante	Escrito de Interés	Solicitudes de Aclaración
8	CAF HEALTH SYSTEMS, S.A. DE C.V.	Si	2
9	CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	Si	12
10	CARLOS ARTURO GARCÍA RIVERA	Si	0
11	CASONATO STEELCO SPA, S.A. DE C.V.	Si	13
12	CAVAL INTEGRADOR MÉDICO, S.A. DE C.V.	Si	3
13	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, S.A. DE C.V.	Si	6
14	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS Y HOSPI	Si	0
15	CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.	Si	0
16	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Si	1
17	CORINDAL, S.A. DE C.V.	Si	4
18	CORPORATIVO MS SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V.	Si	28
19	DEWIMED, S.A.	Si	21
20	DIAGNOCELL LABORATORIOS, S.A DE C.V.	Si	0
21	DISTRIBUIDOR MÉDICO TECNOMED, S.A. DE C.V.	Si	0
22	DISTRIBUIDORA AXCAN KUALI, S. A.S. DE C.V.	Si	0
23	EDIFICADORA DE HOSPITALES ECA, S.AP.I. DE C.V.	Si	0
24	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	Si	0
25	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO, S.A.P.I. DE C.V.	SI	1
26	FRANCISCO SAMUEL NAVARRETE SALGADO	SI	0

Durango 291, Piso 11, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México
Tel. 55 5726-1700, Ext. 14925. www.imss.gob.mx

2023 AÑO DE Francisco VILLA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO)

	Nombre o Razón Social del Licitante	Escrito de Interés	Solicitudes de Aclaración
27	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SI	17
28	GRUPO ABUNDANZAA, S.A. DE C.V.	Si	7
29	GRUPO INSOMA, S.A.P.I. DE C.V.	Si	0
30	GRUPO RAVER APLICACIONES, S.A. DE C.V.	Si	2
31	GRUPO REINET, S.A. DE C.V.	Si	0
32	GVICOA, S.A. DE C.V.	Si	0
33	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Si	3
34	HOSPITIUM SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	Si	0
35	IDEM MEDICAL, S.A. DE C.V.	Si	0
36	INELBIO, S.A. DE C.V.	Si	0
37	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	Si	63
38	INSTRUMENTOS MÉDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	Si	9
39	INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS CEO, S. DE R.L. DE C.V.	Si	30
40	INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS PARA LA VIDA, S.A. DE C.V.	Si	0
41	LAB TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	Si	0
42	MAINEQ DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	Si	0
43	MARÍA DEL CARMEN CRUZ TOLEDO	Si	0
44	MEDINGENIUM, S.A. DE C.V.	Si	2
45	MEDIXSA, S.A. DE C. V.	Si	37

2023 AÑO DE Francisco VILLA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO)

	Nombre o Razón Social del Licitante	Escrito de Interés	Solicitudes de Aclaración
46	MEGAMED, S.A. DE C.V.	Si	0
47	MGP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Si	0
48	MINDRAY MEDICAL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Si	1
49	NURIMED, S.A. DE C.V.	Si	0
50	PROVEEDORA INTEGRAL DE EMPRESAS, S.A. DE C.V.	Si	1
51	RYSE MEDICA, S.A. DE C.V.	Si	6
52	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.	Si	0
53	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	Si	0
54	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI, S.A. DE C.V.	Si	4
55	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	Si	15
56	TAYRE MEDICAL, S.A. DE C.V.	Si	0
57	TECNOCOMERCIAL PAKTLI, S.A. DE C.V.	Si	10
58	TECROM, S.A. DE C.V.	Si	1
59	TLM SERVICIOS BIOMÉDICOS Y ROBOTICOS, S.A. DE C.V.	Si	25
60	VECO, S.A. DE C.V.	Si	19
61	VITER MEDICAL, S.A. DE C.V.	Si	20
		TOTAL	**434**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO)

Quien preside el acto, recibió la solicitud de los representantes del Área Técnica para que se decretará un receso en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas a la convocatoria, a efecto de poder concluir con su contestación.

En atención a la solicitud realizada, quien preside determinó hacer un receso con la finalidad de que concluyan con las respuestas a las solicitudes de aclaración correspondientes, señalando para su reanudación las **10:00 horas** del **17 de noviembre de 2023**, lo que se informó a los licitantes mediante aviso en CompraNet.

----------**RECESO**----------

Siendo las **10:00 horas** del **17 de de noviembre de 2023**, se reanuda el receso para continuar con el acto de Junta de Aclaraciones citado al rubro.

Quien preside el acto, recibió la solicitud de los representantes del Área Técnica para que se decretará un receso en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas a la convocatoria, a efecto de poder concluir con su contestación.

En atención a la solicitud realizada, quien preside determinó hacer un receso con la finalidad de que concluyan con las respuestas a las solicitudes de aclaración correspondientes, señalando para su reanudación las **10:00 horas** del **22 de noviembre de 2023**, lo que se informó a los licitantes mediante aviso en CompraNet.

----------**RECESO**----------

Siendo las **10:00 horas** del **22 de noviembre de 2023**, se reanuda el receso para continuar con el acto de Junta de Aclaraciones citado al rubro.

Quien preside el acto, recibió la solicitud de los representantes del Área Técnica para que se decretará un receso en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas a la convocatoria, a efecto de poder concluir con su contestación.

En atención a la solicitud realizada, quien preside determinó hacer un receso con la finalidad de que concluyan con las respuestas a las solicitudes de aclaración correspondientes, señalando para su reanudación las **15:00 horas** del **22 de noviembre de 2023**, lo que se informó a los licitantes mediante aviso en CompraNet.

Durango 291, Piso 11, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México
Tel. 55 5726-1700, Ext. 14925. www.imss.gob.mx

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO)

----------**RECESO**----------

Siendo las **15:00 horas** del **22 de noviembre de 2023**, se reanuda el receso para continuar con el acto de Junta de Aclaraciones citado al rubro.

En atención a la solicitud realizada, quien preside determinó hacer un receso con la finalidad de que concluyan con las respuestas a las solicitudes de aclaración correspondientes, señalando para su reanudación las **16:30 horas** del **23 de noviembre de 2023**, lo que se informó a los licitantes mediante aviso en CompraNet.

----------**RECESO**----------

Siendo las **16:30 horas** del **23 de noviembre de 2023**, se reanuda el receso para continuar con el acto de Junta de Aclaraciones citado al rubro.

PRECISIONES REALIZADAS POR LA CONVOCANTE

Quien preside el acto, manifiesta que se efectua la siguiente precisión de carácter administrativo :

Precisión Administrativa No. 1:

Dice:

Anexo Tres-Formato de Propuesta Económica

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÁXIMA	CANTIDAD MÍNIMA	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGEN DEL BIEN	MARCA	MODELO	FABRI CANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL OFERTADO SIN IVA

Debe decir:

Anexo Tres-Formato de Propuesta Económica

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÁXIMA	CANTIDAD MÍNIMA	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGEN DEL BIEN	MARCA	MODELO	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA (TRUCADO)	IMPORTE TOTAL OFERTADO SIN IVA CANTIDAD MÍNIMA	IMPORTE TOTAL OFERTADO SIN IVA CANTIDAD MÁXINA

Durango 291, Piso 11, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México
Tel. 55 5726-1700, Ext. 14925. www.imss.gob.mx

2023 AÑO DE Francisco VILLA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO)

Se incluyeron en el formato las columnas correspondientes al importe total ofertado monto mínimo y monto máximo.

Derivado de la presición, se anexa a la presente acta el Anexo Tres. Propuesta Económica con las adecuaciones correspondientes, como **ANEXO II**

La convocante consultó a los representantes del Área Requierente y del Área Técnica si era su deseo efectuar alguna precisión de carácter técnico, a lo que manifiestó tener precisiones de carácter técnico.

Las precisiones de carácter técnico se agregan a la presente Acta como **ANEXO III**.

Considerando el volumen de la información, en el presente acto se solicita a los asistentes, la dispensa de la lectura de las precisiones, toda vez que las mismas serán difundidas a través del sistema CompraNet; a lo que los asistentes, manifiestan no tener objeción.

Las precisiones administrativas y técnicas forman parte integrante de la Convocatoria del presente procedimiento.

CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

A continuación se da respuesta a las solicitudes de aclaración realizadas por los licitantes respecto a la Convocatoria, adjuntándose a la presente como **ANEXO IV**.

Considerando el volumen de la información, en el presente acto se solicita a los asistentes, la dispensa de la lectura de las solicitudes de aclaración y respuestas, toda vez que las mismas serán difundidas a través del sistema CompraNet; a lo que los asistentes, manifiestan no tener objeción.

No se omite mencionar que derivado del número de caracteres (2000) permitidos en el sistema CompraNet las respuestas a las solicitudes de aclaración de los licitantes, podrán ser consultadas en formato PDF y Excel en el apartado ANEXOS de la publicación, en el sistema CompraNet.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 fracción II del Reglamento, se envían por CompraNet las respuestas emitidas a las solicitudes de aclaración; asimismo, se informa a los licitantes que se otorga un plazo de **36 horas** contados a partir de la publicación de la presente

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO)

acta, para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias en relación con las precisiones y respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo a que se refiere dicho precepto.

Transcurrido el plazo, el Área Contratante dará respuesta a las preguntas (repreguntas) el **28 de noviembre de 2023** a las **16:00 horas**.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley la presente acta forma parte integrante de la Convocatoria a la licitación.

Quien preside, pregunta a los asistentes si tienen algún comentario, manifestando no tener comentarios.

Para efectos de la notificación, en términos de los artículos 37 Bis de la Ley y 45 del Reglamento, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica de CompraNet https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se pone a disposición, copia de la presente en el tablero de avisos de la División de Equipo y Mobiliario Médico, ubicado en el piso 11 del inmueble situado en calle Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y en su caso, obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado el presente acto, siendo las **16:50** horas del día **23 de noviembre de 2023**, firmando la presente para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta, quienes reciben copia de la misma.

Esta acta consta de 11 fojas útiles y 4 anexos.

---------- **FIN DE TEXTO** ----------

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO)

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE Y CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Karla Pacheco Villanueva Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico		
Lic. Diana Libertad Carreón Guzmán Titular de la División de Evaluación y Análisis Financiero Representante del Área Requirente		
Ing. Jesús Ignacio Zúñiga San Pedro Jefe de Área de la Coordinación Técnica de Infraestructura Médica Representante del Área Técnica		
Lic. José Manuel Garduño Trejo Representante de la Coordinación de Legislación y Consulta		

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO

NOMBRE	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Enrique Jiménez Escobedo		

Durango 291, Piso 11, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México
Tel. 55 5726-1700, Ext. 14925. www.imss.gob.mx

2023 AÑO DE Francisco VILLA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO)

TESTIGO SOCIAL DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

NOMBRE	FIRMA	ANTEFIRMA
Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, A.C. Testigo Social PM0ACOO5 Mtro. Alfredo Cristalinas Kaulitz		

Durango 291, Piso 11, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México
Tel. 55 5726-1700, Ext. 14925. www.imss.gob.mx

JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO)

ANEXO

I

EMPRESAS QUE HAN MANIFESTADO INTERÉS EN PARTICIPAR

Fecha y hora de la emisión del reporte: 14/11/2023 10:12

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: **E-2023-00111111**
Número de procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023**
Número de junta: **1**

Empresas interesadas

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Acuse(s) de solicitud de aclaracion	Acuse(s) de repreguntas
1	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 09:50	8 de Noviembre de 2023 a las 11:52	SI	NO
2	AH CORPORATIVO MEDICO DE MEXICO SA DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 09:46		NO	NO
3	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 11:48	8 de Noviembre de 2023 a las 11:49	NO	NO
4	ARROBA XYNERGIX SA DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 10:12	9 de Noviembre de 2023 a las 10:13	SI	NO
5	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	13 de Noviembre de 2023 a las 08:38	13 de Noviembre de 2023 a las 08:40	NO	NO
6	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 17:36	8 de Noviembre de 2023 a las 17:36	SI	NO

7	BERCLAN SA DE CV	13 de Noviembre de 2023 a las 15:00	13 de Noviembre de 2023 a las 16:41	NO	NO
8	BIOCARE SYSTEMS SAS DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 13:25	10 de Noviembre de 2023 a las 19:58	SI	NO
9	BIOSYSTEMS HLS SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 14:52	10 de Noviembre de 2023 a las 14:53	NO	NO
10	BRUCE MEDICA INTERNACIONAL SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 13:27		NO	NO
11	CAF HEALTHCARE SYSTEMS SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 10:05	10 de Noviembre de 2023 a las 10:07	SI	NO
12	CANTERA BIOMEDICA SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 19:47		NO	NO
13	CAPRIVEK SA DE CV	13 de Noviembre de 2023 a las 00:59		NO	NO
14	CARDIOPACE SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 11:48		NO	NO
15	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 09:52	8 de Noviembre de 2023 a las 10:21	SI	NO
16	CARLOS ARTURO GARCIA RIVERA	10 de Noviembre de 2023 a las 12:55	10 de Noviembre de 2023 a las 12:55	NO	NO
17	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 10:24	8 de Noviembre de 2023 a las 10:45	SI	NO
18	CAVAL INTEGRADOR MEDICO SA DE CV	13 de Noviembre de 2023 a las 10:37	13 de Noviembre de 2023 a las 10:38	SI	NO
19	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	13 de Noviembre de 2023 a las 08:43	13 de Noviembre de 2023 a las 08:45	SI	NO

20	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS Y HOSPI	8 de Noviembre de 2023 a las 17:03	8 de Noviembre de 2023 a las 17:03	NO	NO
21	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 12:56		NO	NO
22	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 11:37		NO	NO
23	CONDUIT LIFE SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 15:33	8 de Noviembre de 2023 a las 16:41	NO	NO
24	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	13 de Noviembre de 2023 a las 09:25	13 de Noviembre de 2023 a las 09:26	SI	NO
25	CORINDAL SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 15:16	10 de Noviembre de 2023 a las 16:02	SI	NO
26	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 10:01	8 de Noviembre de 2023 a las 10:02	SI	NO
27	DEWIMED SA	9 de Noviembre de 2023 a las 19:02	9 de Noviembre de 2023 a las 19:10	SI	NO
28	DIAGNOCELL LABORATORIOS SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 12:17	8 de Noviembre de 2023 a las 12:18	NO	NO
29	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 16:06	8 de Noviembre de 2023 a las 16:06	NO	NO
30	DISTRIBUIDORA MEDICA REMSA SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 09:59		NO	NO
31	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 21:42	8 de Noviembre de 2023 a las 22:00	NO	NO

32	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 16:46		NO	NO
33	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 23:49		NO	NO
34	EDIFICADORA DE HOSPITALES ECA S A P I DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 23:18	8 de Noviembre de 2023 a las 23:19	NO	NO
35	ENCORE HEALTH S A P I DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 22:30		NO	NO
36	EQUIPAMIENTO Y SOLUCIONES BIOMEDICAS S DE RL DE CV	12 de Noviembre de 2023 a las 17:47		NO	NO
37	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 09:22	13 de Noviembre de 2023 a las 15:57	NO	NO
38	FEHLMEX SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 16:56	8 de Noviembre de 2023 a las 16:56	NO	NO
39	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO S A P I DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 12:18	13 de Noviembre de 2023 a las 09:22	SI	NO
40	FRANCISCO SAMUEL NAVARRETE SALGADO	11 de Noviembre de 2023 a las 12:49	11 de Noviembre de 2023 a las 12:49	NO	NO
41	FUMYCA SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 12:38		NO	NO
42	GENERANDO INNOVACIONES MEDICAS SAEM SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 09:20		NO	NO

43	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 17:27	13 de Noviembre de 2023 a las 10:13	SI	NO
44	GRUPO ABUNDANZAA SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 11:44	8 de Noviembre de 2023 a las 11:45	SI	NO
45	GRUPO DE INGENIERIA METROLOGICA Y ELECTROMECANICA INTEGRAL SA DE	9 de Noviembre de 2023 a las 13:01		NO	NO
46	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 10:55	12 de Noviembre de 2023 a las 21:00	NO	NO
47	GRUPO RAVER APLICACIONES SA DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 11:25	9 de Noviembre de 2023 a las 13:07	SI	NO
48	GRUPO REINET SA DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 06:58	9 de Noviembre de 2023 a las 06:58	NO	NO
49	GVICOA SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 10:25	10 de Noviembre de 2023 a las 10:26	NO	NO
50	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	7 de Noviembre de 2023 a las 21:01	7 de Noviembre de 2023 a las 21:01	SI	NO
51	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 16:27	9 de Noviembre de 2023 a las 16:29	NO	NO
52	IDEM MEDICAL SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 15:40	8 de Noviembre de 2023 a las 15:40	NO	NO
53	INDUSTRIAS COBRAMEX SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 10:41		NO	NO
54	INDUSTRIAS RODA MOBILIARIO SAS DE CV	11 de Noviembre de 2023 a las 09:15		NO	NO
55	INELBIO SA DE CV	13 de Noviembre de 2023 a las 10:12	13 de Noviembre de 2023 a las 10:14	NO	NO

56	INGENIERIA Y SISTEMAS PROFESIONALES KYOL SA DE CV	13 de Noviembre de 2023 a las 14:41		NO	NO
57	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 12:29	8 de Noviembre de 2023 a las 12:30	SI	NO
58	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES SA DE CV	12 de Noviembre de 2023 a las 18:39	12 de Noviembre de 2023 a las 18:41	SI	NO
59	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	13 de Noviembre de 2023 a las 08:48	13 de Noviembre de 2023 a las 08:49	SI	NO
60	INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS PARA LA VIDA SA DE CV	11 de Noviembre de 2023 a las 08:27	13 de Noviembre de 2023 a las 10:36	NO	NO
61	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 13:38	10 de Noviembre de 2023 a las 14:08	NO	NO
62	LUMAFESA S DE RL DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 16:43		NO	NO
63	MAINEQ DE MEXICO SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 15:38	8 de Noviembre de 2023 a las 15:39	NO	NO
64	MARIA DEL CARMEN CRUZ TOLEDO	8 de Noviembre de 2023 a las 18:05	8 de Noviembre de 2023 a las 18:53	NO	NO
65	MED RENT SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 15:35		NO	NO
66	MEDINGENIUM SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 15:16	8 de Noviembre de 2023 a las 15:16	SI	NO
67	MEDIXSA SA DE CV	13 de Noviembre de 2023 a las 08:32	13 de Noviembre de 2023 a las 08:32	SI	NO
68	MEGAMED SA DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 09:53	9 de Noviembre de 2023 a las 09:54	NO	NO

69	MGP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NACIONALES SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 12:14	8 de Noviembre de 2023 a las 12:15	NO	NO
70	MINDRAY MEDICAL MEXICO S DE RL DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 17:52	10 de Noviembre de 2023 a las 17:49	SI	NO
71	NEUROSERVICE INTERNACIONAL SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 11:53		NO	NO
72	NURIMED SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 13:01	10 de Noviembre de 2023 a las 13:03	NO	NO
73	PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV	7 de Noviembre de 2023 a las 19:13		NO	NO
74	PROVEEDORA INTEGRAL DE EMPRESAS SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 18:13	10 de Noviembre de 2023 a las 10:54	SI	NO
75	QUANTUM MEDICAL GROUP SA DE CV	13 de Noviembre de 2023 a las 17:33	13 de Noviembre de 2023 a las 17:36	NO	NO
76	RYSE MEDICA SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 13:55	8 de Noviembre de 2023 a las 13:58	SI	NO
77	SAVARE MEDIKA SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 11:17	10 de Noviembre de 2023 a las 11:22	NO	NO
78	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	7 de Noviembre de 2023 a las 19:54	7 de Noviembre de 2023 a las 19:55	NO	NO
79	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 10:44	10 de Noviembre de 2023 a las 10:43	SI	NO

80	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 08:34	10 de Noviembre de 2023 a las 08:34	SI	NO
81	SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS SA DE CV	7 de Noviembre de 2023 a las 18:31		NO	NO
82	SISTEMAS BIOMEDICOS PROFESIONALES SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 14:12		NO	NO
83	SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S DE RL DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 11:46		NO	NO
84	SYSMEDBI SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICO-BIOMEDICOS SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 13:25	13 de Noviembre de 2023 a las 11:21	NO	NO
85	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 09:32		NO	NO
86	TAYRE MEDICAL SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 17:49	9 de Noviembre de 2023 a las 12:24	NO	NO
87	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 17:19	10 de Noviembre de 2023 a las 17:20	SI	NO
88	TECROM SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 09:25	8 de Noviembre de 2023 a las 09:26	SI	NO
89	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 08:46	9 de Noviembre de 2023 a las 08:48	SI	NO
90	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	13 de Noviembre de 2023 a las 23:47	13 de Noviembre de 2023 a las 23:48	NO	NO
91	VECO SA DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 09:32	13 de Noviembre de 2023 a las 08:19	SI	NO

92	VITER MEDICAL SA DE CV	7 de Noviembre de 2023 a las 18:25	7 de Noviembre de 2023 a las 18:26	SI	NO

JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO)

ANEXO

II

MEMBRETE DEL LICITANTE

ANEXO TRES
PROPUESTA ECONÓMICA

No. de Procedimiento: _____ **Fecha:** _____
Descripción del Procedimiento: _____

Nombre o razón social del licitante: _____
Registro Federal de Contribuyentes: _____ **Correo Electrónico:** _____
Domicilio fiscal del licitante: _____
Número Telefónico: _____ **Estratificación:** _____

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	Descripción	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario ofertado sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA Cantidad Mínima	Importe total ofertado sin IVA Cantidad Máxima
1	53102110	11576	513.108.0326.02.01	BANCO PARA RESISTENCIA DE PRENSION.	2	1	PIEZA							
2	53102113	11588	513.263.0046.01.01	CUÑA DE RELAJACIÓN	11	5	PIEZA							
3	53102118	11594	513.621.2429.01.01	MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN	494	198	PIEZA							
4	53102119	11595	513.634.0030.01.01	NEGATOSCOPIO.	5	2	PIEZA							
5	53101333	11631	531.060.0134.02.01	ANTEOJOS EMPLOMADOS	122	49	PIEZA							
6	53101337	11635	531.074.0013.02.01	ARMAZÓN DE LENTES PARA PRUEBAS	12	5	PIEZA							
7	53101338	11636	531.081.0014.02.01	ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA	234	94	PIEZA							
8	53101341	11639	531.081.0089.02.01	ASPIRADOR ULTRASÓNICO	7	3	PIEZA							
9	53101342	11640	531.081.0766.02.01	ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE	202	81	PIEZA							
10	53101343	11641	531.081.0816.02.01	EQUIPO PORTATIL ASPIRADOR PARA SUCCION RAPIDA.	53	22	PIEZA							
11	53101344	11642	531.081.0832.01.01	SISTEMA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES	51	21	PIEZA							
12	53101345	11643	531.088.0033.01.01	TIMPANÓMETRO	8	4	PIEZA							
13	53101346	11644	531.088.0066.01.01	AUDIÓMETRO DE CAMPO LIBRE PORTÁTIL	13	6	PIEZA							
14	53101347	11645	531.088.0108.02.01	AUDIOMETRO AUTOMATICO.	1	1	PIEZA							
15	53101748	11646	531.088.0157.02.01	AUDIÓMETRO CLÍNICO	9	4	PIEZA							
16	53101353	11650	531.107.0022.04.01	BAÑO DE PARAFINA EN FISIOTERAPIA	12	5	PIEZA							
17	53101355	11652	531.107.0139.04.01	BAÑO CON REMOLINO FIJO.	23	10	PIEZA							
18	53101356	11653	531.107.0162.01.01	BAÑO DE CUERPO ENTERO CON REMOLINO FIJO.	4	2	PIEZA							
19	53101358	11655	531.110.0175.02.01	BASCULA ELECTRÓNICA CON ESTADIMETRO	88	36	PIEZA							
20	53101359	11656	531.110.0209.02.01	BÁSCULA ELECTRÓNICA	90	36	PIEZA							
21	53101362	11657	531.113.0032.02.01	BLINDAJE PARA GÓNADAS	87	35	PIEZA							
22	53101367	11662	531.116.0369.03.01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL.	913	366	PIEZA							
23	53101368	11663	531.116.0377.03.01	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED	1374	550	PIEZA							
24	53101385	11682	531.152.0059.03.01	CABEZAL TIPO MAYFIELD ADULTO	11	5	PIEZA							
25	53101395	11698	531.157.0062.02.01	CAMARA SONOAMORTIGUADA CON COMPARTIMIENTO SENCILLO.	5	2	PIEZA							
26	53100347	11732	531.218.0119.02.01	CONOS DE PLÁSTICO	34	14	PIEZA							

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	Descripción	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario ofertado sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA Cantidad Mínima	Importe total ofertado sin IVA Cantidad Máxima
27	53100347	11734	531.222.0014.03.01	COMPRESAS CALIENTES, UNIDAD DE	18	8	PIEZA							
28	53101434	11737	531.226.0226.01.01	COMPUTADORA PARA DETERMINAR GASTO CARDIACO POR BIOIMPEDANCIA.	3	2	PIEZA							
29	53101436	11739	531.231.0161.03.01	INCUBADORA PARA CONTROLES BIOLÓGICOS DE LA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR	29	12	PIEZA							
30	53101437	11740	531.234.0010.02.01	COLLARÍN DE PLOMO	124	50	PIEZA							
31	53101438	11741	531.247.0015.04.01	UNIDAD DE CRIOCIRUGIA GINECOLOGICA.	1	1	PIEZA							
32	53101133	11743	531.248.0014.02.01	CRONOMETRO DIGITAL	104	42	PIEZA							
33	53101989	11750	531.283.0200.01.01	DERMATOMO.	10	5	PIEZA							
34	53101453	11751	531.285.0109.01.01	UNIDAD DE DERMOABRASIÓN	6	3	PIEZA							
35	53101464	11762	531.292.0019.02.01	FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES	103	42	PIEZA							
36	53100888	11764	531.292.0258.01.01	CARDIOTOCOGRAFO.	67	27	PIEZA							
37	53101468	11766	531.295.1162.04.01	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO	535	214	PIEZA							
38	53101469	11767	531.295.1188.03.01	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO	135	54	PIEZA							
39	53101472	11770	531.304.0056.02.01	DINAMÓMETRO TIPO COLLINS	41	17	PIEZA							
40	53101495	11790	531.328.0116.02.01	UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA	14	6	PIEZA							
41	53101497	11792	531.328.0140.02.01	ELECTROCAUTERIO DENTAL.	1	1	PIEZA							
42	53100012	11793	531.328.0157.01.01	UNIDAD DE DIATERMOCOAGULACION OFTÁLMICA	5	2	PIEZA							
43	53101545	11837	531.345.0321.02.01	EQUIPO NEUMÁTICO PARA ISQUEMIA	41	17	PIEZA							
44	53101550	11842	531.350.0109.02.01	FLEXOEXTENSOR PARA MOVILIZACION CONTINUA Y PASIVA DE CADERA Y RODILLA	10	4	PIEZA							
45	53101566	11853	531.375.0126.03.01	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE	1202	481	PIEZA							
46	53101567	11854	531.375.0159.02.01	ESTETOSCOPIO DE PINARD.	83	34	PIEZA							
47	53101568	11855	531.375.0209.02.01	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA	560	224	PIEZA							
48	53101570	11857	531.380.0087.01.01	ELECTRONISTAGMOGRAFO (ESTIMULO OIDO INTERNO).	7	3	PIEZA							
49	53101571	11858	531.380.0103.01.01	ELECTROESTIMULADOR DE ALTO VOLTAJE, CORRIENTE PULSATIL Y DETECCIÓN.	97	39	PIEZA							
50	53101573	11860	531.380.0145.03.01	ESTIMULADOR TENS	40	16	PIEZA							
51	53101579	11866	531.380.0962.00.01	NEUROESTIMULADOR PARA LOCALIZACION DE NERVIOS PERIFERICOS.	2	1	PIEZA							
52	53101588	11875	531.385.1080.02.01	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	6	3	PIEZA							
53	53101589	11877	531.385.1122.02.01	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA	8	4	PIEZA							
54	53101591	11878	531.389.0070.00.01	EXOFTALMÓMETRO DE PRISMAS	13	6	PIEZA							
55	53100887	11895	531.422.0053.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)	4	2	PIEZA							
56	53101610	11905	531.438.0014.01.01	GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN POR LÍQUIDOS CORPORALES	538	216	PIEZA							
57	53101615	11909	531.454.0070.02.01	GRUA.	3	2	PIEZA							
58	53101616	11910	531.454.0088.01.01	GRUA PARA TRASLADO DE PACIENTES.	3	2	PIEZA							

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	Descripción	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario ofertado sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA Cantidad Mínima	Importe total ofertado sin IVA Cantidad Máxima
59	53102122	11913	531.455.0053.12.01	GUANTES DE PLOMO	105	42	PIEZA							
60	53101618	11921	531.480.0102.01.01	HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO.	7	3	PIEZA							
61	53101632	11931	531.500.0538.02.01	EQUIPO DE TERMOTERAPIA A TRAVÉS DE PARTÍCULAS DE CELLEX, PARA EXTREMIDADES SUPERIORES	17	7	PIEZA							
62	53101633	11932	531.500.0546.02.01	EQUIPO DE TERMOTERAPIA A TRAVÉS DE PARTÍCULAS DE CELLEX, PARA EXTREMIDADES INFERIORES	12	5	PIEZA							
63	53101640	11937	531.562.0046.04.01	LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	30	12	PIEZA							
64	53101644	11941	531.562.0756.02.01	GENERADOR O LÁMPARA DE RAYOS INFRARROJOS	36	15	PIEZA							
65	53101650	11947	531.562.1457.01.01	LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED.	1110	444	PIEZA							
66	53101653	11950	531.562.1481.01.01	LÁMPARA FRONTAL CON TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS	28	12	PIEZA							
67	53101656	11952	531.568.0057.03.01	LARINGOSCOPIO	119	48	PIEZA							
68	53101657	11953	531.568.0719.01.01	LARINGO FARINGO-ESTROBOSCOPIO.	6	3	PIEZA							
69	53101659	11981	531.572.0051.02.01	LAVADOR DE BIBERONES, ELÉCTRICO	5	2	PIEZA							
70	53101661	11983	531.572.0309.02.01	LAVADORA DESCONTAMINADORA	77	31	PIEZA							
71	53101663	11985	531.572.0507.01.01	LAVADORA ULTRASÓNICA	17	7	PIEZA							
72	53101664	11986	531.572.0515.01.01	LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR DIRECTO.	126	51	PIEZA							
73	53101665	11987	531.572.0549.01.01	LAVADORA DE EQUIPO DE INHALOTERAPIA	17	7	PIEZA							
74	53101667	11988	531.576.0073.02.01	LÉNSOMETRO	11	5	PIEZA							
75	53101671	11997	531.578.0451.01.01	LENTE DE TRES ESPEJOS	11	5	PIEZA							
76	53101945	12001	531.588.0012.01.01	LUPA QUIRURGICA, 3.5 AUMENTOS.	5	2	PIEZA							
77	53101888	12003	531.588.0046.04.01	LUPAS	15	6	PIEZA							
78	53101680	12004	531.601.0056.03.01	MANDIL EMPLOMADO	122	49	PIEZA							
79	53102085	12010	531.609.0033.12.01	MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL BIPOLAR.	43	18	PIEZA							
80	53101695	12018	531.614.0374.01.01	PAQUÍMETRO ULTRASÓNICO	12	5	PIEZA							
81	53101698	12021	531.614.0424.02.01	ESTADÍMETRO PEDIÁTRICO	65	26	PIEZA							
82	53101702	12029	531.616.0166.03.01	MESA INCLINABLE	6	3	PIEZA							
83	53101150	12030	531.616.0463.01.01	MESA PARA AUTOPSIAS CON PREPARACIÓN PARA TRITURADO, DE ACERO INOXIDABLE	8	4	PIEZA							
84	53101705	12033	531.616.5066.03.01	MESA PARA TRATAMIENTO FISIÁTRICO	66	27	PIEZA							
85	53101706	12035	531.616.5082.02.01	MESA DE EXPLORACIÓN PROCTOLÓGICA	6	3	PIEZA							
86	53101734	12062	531.641.0082.03.01	NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO	181	73	PIEZA							
87	53101737	12065	531.641.0397.03.01	NEBULIZADOR SIN ELEMENTO TÉRMICO	30	12	PIEZA							
88	53101739	12066	531.656.0118.02.01	OCLUSOR	19	8	PIEZA							
89	53102123	12071	531.667.0065.01.01	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	57	23	PIEZA							
90	53101748	12076	531.678.0013.02.01	PLICÓMETRO	133	54	PIEZA							

PARTIDA	CUCOP	PREI	BAI	Descripción	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario ofertado sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA Cantidad Mínima	Importe total ofertado sin IVA Cantidad Máxima
91	53101749	12078	531.692.0023.03.01	PISTOLA PARA TOMA DE BIOPSIAS	19	8	PIEZA							
92	53101750	12079	531.695.0061.02.01	PORTA MANDILES	55	22	PIEZA							
93	53101751	12080	531.698.0019.03.01	PLANTOSCOPIO	21	9	PIEZA							
94	53101754	12084	531.707.0166.02.01	PRISMAS	13	6	PIEZA							
95	53101152	12096	531.773.0207.01.01	REFRIGERADOR PARA CADAVERES.	16	7	PIEZA							
96	53101156	12097	531.773.0322.01.01	REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS	16	7	PIEZA							
97	53101771	12103	531.785.0153.04.01	RETINOSCOPIO LINEAL	13	6	PIEZA							
98	53101779	12117	531.803.0029.02.01	SABANA TÉRMICA CON AIRE CALIENTE	209	84	PIEZA							
99	53101782	12120	531.806.0042.01.01	UNIDAD DE SECADO PARA EQUIPO DE INHALOTERAPIA	16	7	PIEZA							
100	53101783	12121	531.807.0017.02.01	SELLADORA TÉRMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN	14	6	PIEZA							
101	53101794	12132	531.829.0227.01.01	SISTEMA DE IRRIGACIÓN - SUCCIÓN	14	6	PIEZA							
102	53101803	12139	531.829.0631.02.01	SISTEMA PARA CIERRE DE CRANEOTOMÍA	6	3	PIEZA							
103	53101829	12156	531.857.0982.01.01	SISTEMA UNIVERSAL DE VIDEO PARA ENDOSCOPIOS.	1	1	PIEZA							
104	53102236	12158	531.858.0015.02.01	LAPAROSCOPIO	1	1	PIEZA							
105	53101832	12161	531.875.0055.04.01	TONÓMETRO	13	6	PIEZA							
106	53101832	12162	531.875.0105.02.01	TONÓMETRO DE IDENTACIÓN	13	6	PIEZA							
107	53101836	12165	531.884.0054.02.01	EQUIPO DE TRACCIÓN CERVICAL	5	2	PIEZA							
108	53101837	12166	531.884.0153.03.01	TRACCIÓN CÉRVICO-PÉLVICO-TORÁCICA, EQUIPO PARA	6	3	PIEZA							
109	53101839	12170	531.923.0305.04.01	ULTRASONIDO TERAPÉUTICO, UNIDAD DE	46	19	PIEZA							
110	53101165	12205	533.020.0204.02.01	AGITADOR ELÉCTRICO DE BÁSCULA	18	8	PIEZA							
111	53101185	12221	533.107.0481.01.01	BALANZA GRANATARIA	31	13	PIEZA							
112	53101189	12225	533.119.0511.01.01	BAÑO CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA	8	4	PIEZA							
113	53101192	12226	533.119.0545.01.01	BAÑO SIN CIRCULACIÓN DE AGUA	52	21	PIEZA							
114	53101201	12229	533.159.0132.01.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICA	10	4	PIEZA							
115	53101205	12232	533.203.0120.01.01	CANASTILLA CON CADMIO, DE PLÁSTICO ESTERILIZABLE	935	374	PIEZA							
116	53101209	12233	533.224.0133.02.01	CENTRÍFUGA AUTOMATIZADA PARA LAVADO DE CÉLULAS	23	19	PIEZA							
117	53103600	12235	533.224.0646.02.01	CENTRÍFUGA CLÍNICA DE MESA PARA OCHO TUBOS	42	20	PIEZA							
118	53101211	12236	533.224.0653.01.01	CENTRÍFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	62	25	PIEZA							
119	53103601	12237	533.224.0703.02.01	CENTRIFUGA SEMIAUTOMÁTICA	2	1	PIEZA							
120	53101213	12241	533.224.1750.01.01	CENTRIFUGA PARA SEPARACIÓN DE CÉLULAS	8	4	PIEZA							
121	53 101214	12242	533.255.0010.01.01	ULTRACONGELADOR VERTICAL	19	8	PIEZA							
122	53101877	12246	533.255.0218.03.01	CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS.	9	4	PIEZA							

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	Descripción	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario ofertado sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA Cantidad Mínima	Importe total ofertado sin IVA Cantidad Máxima
123	53101220	12247	533.266.0231.01.01	CONTADOR ELECTRÓNICO DE OCHO TECLAS	32	13	PIEZA							
124	53101228	12252	533.308.0124.01.01	DISPENSADOR DE PARAFINA	7	3	PIEZA							
125	53101242	12266	533.391.0106.01.01	ESTUFA BACTERIOLÓGICA DE 75 CM CON DOBLE PUERTA	22	9	PIEZA							
126	53101878	12268	533.424.0024.02.01	FLEXO EXTENSOR DE MUÑECA	35	14	PIEZA							
127	53101247	12273	533.461.0010.01.01	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 40 TUBOS	940	376	PIEZA							
128	53101248	12274	533.461.0028.01.01	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 90 TUBOS	878	352	PIEZA							
129	53101249	12275	533.461.0507.01.01	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 72 TUBOS	770	308	PIEZA							
130	53101250	12276	533.461.1703.01.01	GRADILLA PARA TUBOS DE WINTROBE	31	13	PIEZA							
131	53101265	12286	533.604.0026.01.01	MECHERO DE METAL INOXIDABLE CON QUEMADOR DE ALTA TEMPERATURA.	73	30	PIEZA							
132	53101266	12287	533.604.0042.01.01	MECHERO DE METAL INOXIDABLE CON QUEMADOR TIPO BUNSEN	8	4	PIEZA							
133	53101272	12294	533.622.0909.02.01	MICROFOTOGRAFÍA, MICROSCOPIO TRIOCULAR PARA	9	4	PIEZA							
134	53101277	12299	533.631.0106.01.01	MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA.	29	12	PIEZA							
135	53101278	12300	533.631.0155.03.01	MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO	8	4	PIEZA							
136	53101288	12305	533.746.0108.01.01	PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS	13	6	PIEZA							
137	53101293	12310	533.786.0026.01.01	REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CÚBICOS	22	9	PIEZA							
138	53101883	12311	533.786.0034.03.01	REFRIGERADOR PARA VACUNAS	97	39	PIEZA							
139	53101295	12313	533.787.0066.01.01	REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE	19	8	PIEZA							
140	53101296	12314	533.787.0181.02.01	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CÚBICOS	88	36	PIEZA							
141	53101299	12316	533.819.0555.01.01	UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA.	13	6	PIEZA							
142	53101310	12324	533.860.0041.01.01	TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA	16	7	PIEZA							
143	53102124	12384	535.461.0122.03.01	GONIÓMETRO	34	14	PIEZA							
144	53103654	13054	537.175.0034.01.01	CARTILLA PARA PRUEBA DE DISTANCIA	7	3	PIEZA							
145	53103655	13055	537.175.0042.02.01	CARTILLA PARA PRUEBA DE COLOR	7	3	PIEZA							
146	53103657	13056	537.175.0067.02.01	CARTILLA DE AMSLER O YANUZZI	13	6	PIEZA							
147	53103656	13057	537.175.0083.03.01	CARTILLAS DE ISHIHARA	13	6	PIEZA							
148	53103663	14147	537.578.0128.04.01	LENTES PARA PRUEBA	13	6	PIEZA							
149	53102935	14167	537.596.0035.02.01	ANTEOJOS PARA OPERACIONES (TELE LUPA)	22	9	PIEZA							
150	53103664	14381	537.690.0014.02.01	PERCUTOR ELECTRICO.	4	2	PIEZA							
151	53103667	15817	537.835.0028.01.01	SIERRA PARA CORTAR YESO	26	11	PIEZA							
152	53102127	16217	564.002.0011.02.01	BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA	6	3	PIEZA							
153	53102130	16219	564.002.0102.01.01	JUEGO DE PESAS TIPO MANCUERNA	35	14	PIEZA							
154	53102132	16220	564.002.0219.01.01	ANTROPOMETRO	123	50	PIEZA							

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	Descripción	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario ofertado sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA Cantidad Mínima	Importe total ofertado sin IVA Cantidad Máxima
155	53102133	16221	564.002.0276.02.01	ANDADERA CON ASIENTO	29	12	PIEZA							
156	53102136	16224	564.002.0334.02.01	BARRAS PARALELAS	6	3	PIEZA							
157	53102137	16225	564.002.0342.02.01	JUEGO DE CILINDROS DE POLIURETANO	12	5	PIEZA							
158	53102138	16226	564.002.0375.03.01	PELOTA TIPO BOBATH	30	12	PIEZA							
159	53102139	16227	564.002.0391.01.01	SILLA DE RELAJACIÓN	6	3	PIEZA							
160	53102140	16228	564.002.0409.02.01	MESA DE ESTABILIDAD	18	8	PIEZA							
161	53102144	16232	564.002.0474.02.01	RAMPA Y ESCALERA INFANTIL	6	3	PIEZA							
162	53102145	16233	564.002.0540.01.01	ESCALERILLA DE MADERA	35	14	PIEZA							
163	53102146	16234	564.002.0565.01.01	MESA DE MADERA	6	3	PIEZA							
164	53102147	16235	564.002.0573.02.01	BICICLETA ERGOMETRICA.	10	4	PIEZA							
165	53102148	16237	564.002.0615.02.01	JUEGO DE POLAINAS.	6	3	PIEZA							
166	53102153	16242	564.002.0664.02.01	SILLA TIPO BURBUJA	12	5	PIEZA							
167	53102157	16245	564.002.0706.02.01	MONOPATÍN	6	3	PIEZA							
168	53102162	16250	564.002.0771.01.01	PRONO SUPINADOR	40	16	PIEZA							
169	53102163	16251	564.002.0813.02.01	TABLA PARA TRASLADOS	24	10	PIEZA							
170	53102165	16254	564.002.0854.02.01	ESTACION DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES COGNITIVAS	6	3	PIEZA							
171	53100347	16255	564.002.0862.02.01	BANDAS ELÁSTICAS	12	5	PIEZA							
172	53102166	16256	564.002.0888.02.01	SIMULADOR DE ESCALERA	6	3	PIEZA							
173	53102167	16257	564.002.0896.02.01	SISTEMA DE RESISTENCIA PARA MONOPATÍN	6	3	PIEZA							
174	53102169	16259	564.002.0912.03.01	SILLA CON ASIENTO CUADRADO PARA ESTABILIDAD	6	3	PIEZA							
175	53102172	16262	564.002.0946.02.01	EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES	9	4	PIEZA							
176	53102174	16264	564.002.0979.04.01	BARRAS SUECAS (ESPALDERAS)	12	5	PIEZA							
177	53102175	16265	564.002.0987.02.01	ESPEJO PARA VALORAR POSTURA	35	14	PIEZA							
178	53102176	16266	564.002.0995.03.01	ESPEJO DE TRES SECCIONES	26	11	PIEZA							
179	53102177	16267	564.002.1019.01.01	EQUIPO PARA FORTALECER TOBILLO	12	5	PIEZA							
180	53102178	16268	564.002.1050.03.01	MESA KANAVEL	11	5	PIEZA							
181	53102179	16269	564.002.1068.03.01	MULETA TIPO CANADIENSE	18	8	PIEZA							
182	53102180	16270	564.002.1076.03.01	MULETILLA	46	19	PIEZA							
183	53102181	16271	564.002.1084.02.01	PLOMADA	6	3	PIEZA							
184	53102182	16272	564.002.1092.02.01	POLEAS DOBLES FIJAS A LA PARED	18	8	PIEZA							
185	53102183	16273	564.002.1100.02.01	RUEDA PARA EJERCICIO DE BRAZO Y HOMBRO	17	7	PIEZA							
186	53102184	16274	564.002.1118.03.01	SILLA CON ASIENTO AJUSTABLE	40	16	PIEZA							

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	Descripción	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario ofertado sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA Cantidad Mínima	Importe total ofertado sin IVA Cantidad Máxima
187	53102186	16276	564.002.1134.00.01	BARRIL DE POLIURETANO, 56 CM PARA ENTRENAMIENTO DE GATEO	12	5	PIEZA							
188	53102187	16277	564.002.1142.03.01	MOVILIZADOR PASIVO DE HOMBRO	10	4	PIEZA							
189	53102188	16278	564.002.1159.01.01	EQUIPO DE LÁSER TERAPÉUTICO PARA REHABILITACIÓN	14	6	PIEZA							
190	53102189	16279	564.002.1175.01.01	HELPER	46	19	PIEZA							
191	53102190	16280	564.002.1225.01.01	ESCALERA Y RAMPA CON BARANDAL	6	3	PIEZA							
192	53101397	16355	531.157.0096.02.01	CÁMARA CEFÁLICA NEONATAL	96	39	PIEZA							
193	53101397	16356	531.157.0096.02.01	CÁMARA CEFÁLICA LACTANTE	33	14	PIEZA							
194	53101397	16357	531.157.0096.02.01	CÁMARA CEFÁLICA PREESCOLARES	64	26	PIEZA							
195	53101770	16402	531.784.0204.03.01	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (NEONATAL)	44	18	PIEZA							
196	53101770	16404	531.784.0204.03.01	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (PEDIÁTRICO)	11	5	PIEZA							
197	53101770	16408	531.784.0204.03.01	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA ADULTO	53	22	PIEZA							
198	53101445	16445	531.254.0122.01.01	EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACIÓN LABORAL (INTERMEDIO)	6	3	PIEZA							
199	53100845	18577	531.862.0036.00.01	TERMOMETRO OTICO. TERMOMETRO DE OIDO [OTICO] DIGITAL QUE MID	1	1	PIEZA							
200	53101201	18598	540.090.0057.00.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL	5	2	PIEZA							
201	56200258	19024	523.603.0394.00.01	MARMITA DE VOLTEO, CAPACIDAD DE 225 LITROS (60 GALONES), A VAPOR.	24	10	PIEZA							
202	56200258	19026	523.603.0414.00.01	MARMITA DE VOLTEO, CAPACIDAD DE 60 LITROS (16 GALONES), A VAPOR.	4	2	PIEZA							
203	53102152	19138	564.002.0656.02.01	EQUIPO PARA LA EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CUÁDRICEPS	6	3	PIEZA							
204	53101243	19196	533.391.0262.02.01	ESTUFA DE CULTIVO PARA MICROORGANISMOS ANAEROBIOS	6	3	PIEZA							
205	53101186	19197	533.119.0040.04.01	BAÑO PARA DESCONGELACIÓN RÁPIDA DE PLASMA Y ERITROCITOS	1	1	PIEZA							
206	53101059	19199	533.119.0263.02.01	BAÑO PARA FLOTACIÓN CON MOVIMIENTO CIRCULAR (DIGITAL)	26	11	PIEZA							
207	53100887	19201	533.159.0017.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR.	5	2	PIEZA							
208	53101203	19202	533.203.0021.02.01	CANASTILLA DE ALUMINIO	870	348	PIEZA							
209	53101170	19211	533.020.0428.03.01	AGITADOR ELECTRICO ROTATORIO	15	6	PIEZA							
210	53101255	19218	533.564.0016.03.01	LÁMPARA PARA AGLUTINACIÓN DE ERITROCITOS	16	7	PIEZA							
211	53101273	19224	533.622.0925.03.01	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO	93	38	PIEZA							
212	53101275	19226	533.622.1006.03.01	MICROSCOPIO CON DOBLE CABEZAL.	29	12	PIEZA							
213	53101292	19227	533.786.0018.02.01	REFRIGERADOR CONGELADOR DE 5.4 PIES CUBICOS.	27	11	PIEZA							
214	53102171	19566	564.002.0938.01.01	SISTEMA NEUMÁTICO DE POLEAS.	13	6	PIEZA							
215	53100067	20209	513.164.3399.00.01	CAMA CLÍNICA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PEDIÁTRICO	112	45	PIEZA							
216	53100075	20210	513.173.0391.00.01	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES.	193	78	PIEZA							
217	53100075	20211	513.173.0402.00.01	CAMILLA MOVIL PARA TRASLADO DE PACIENTES	242	97	PIEZA							
218	53101431	20533	531.223.0037.01.01	COMPRESAS FRIAS, UNIDAD DE	8	4	PIEZA							

PARTIDA	CUCOP	PREI	SAI	Descripcion	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Unidad de Medida	Origen del Bien	Marca	Modelo	Fabricante	Precio Unitario ofertado sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA Cantidad Mínima	Importe total ofertado sin IVA Cantidad Máxima
219	53101708	20669	531.616.5116.01.01	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA)	13	6	PIEZA							
220	53100862	21293	523.975.0019.00.01	ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL PARA PACIENTES AMBULATORIOS.	34	14	PIEZA							
221	53101310	21346	533.860.0041.01.01	TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA (ANTICUERPOS)	6	3	PIEZA	Se baja de convocatoria (No Cotizar)						
222	53100203	21595	531.562.0046.04.01	LAMPARA DE FOTOTERAPIA. (DE CONTACTO).	2	1	PIEZA							
												SUBTOTAL		
												IVA		
												TOTAL		

Importe subtotal con letra: _____

Importe total con letra: _____

LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DELCONTRATO

Nota:

1.- Expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado).

2.- Presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante.

3.- La marca, modelo y fabricante, deberá coincidir con el ofertado en la propuesta técnica.

4.- Para la partida 70 con Abastecimiento Simultaneo deberá cotizar como mínimo el total de los bienes de la primera fuente.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO)

ANEXO

III

Precisiones Técnico Médicas a la Convocatoria del procedimiento de Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023 Programa "Equipamiento Médico para Hospitales Prioritarios" (Binario).

	DICE:	DEBE DECIR:
1	**CONVOCATORIA** ... **4.2 Propuesta Técnica** Deberá integrar a su propuesta técnica debidamente requisitada, foliada y suscrita por la persona facultada para ello, los documentos siguientes: **a. Propuesta Técnica** La propuesta técnica deberá contener las especificaciones técnicas, la información y documentación requerida en la presente Convocatoria, en sus anexos y considerando el resultado de la Junta de Aclaraciones; foliada y suscrita con firma electrónica avanzada que emite el SAT en favor del licitante, persona física o moral, para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para lo cual deberá integrar la **transcripción y** descripción de los bienes y demás especificaciones conforme a lo solicitado en los **Anexo Uno "Anexo Técnico", Anexo Dos "Términos y Condiciones"** y el resultado de la junta(s) de aclaraciones. La falta de presentación de la documentación o el incumplimiento de los requisitos establecidos afecta la solvencia de la propuesta y motivará su desechamiento. ...	**CONVOCATORIA** ... **4.2 Propuesta Técnica** Deberá integrar a su propuesta técnica debidamente requisitada, foliada y suscrita por la persona facultada para ello, los documentos siguientes: **a. Propuesta Técnica** La propuesta técnica deberá contener las especificaciones técnicas, la información y documentación requerida en la presente Convocatoria, en sus anexos y considerando el resultado de la Junta de Aclaraciones; foliada y suscrita con firma electrónica avanzada que emite el SAT en favor del licitante, persona física o moral, para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para lo cual deberá integrar la descripción **puntual de las características propias del artículo y componentes que oferte, con precisión y claridad,** de los bienes y demás especificaciones conforme a lo solicitado en los Anexo Uno "Anexo Técnico", Anexo Dos "Términos y Condiciones" y el resultado de la junta(s) de aclaraciones. La falta de presentación de la documentación o el incumplimiento de los requisitos establecidos afecta la solvencia de la propuesta y motivará su desechamiento. ...
2	**6. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.** Será causal de desechamiento: ...	**6. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.** Será causal de desechamiento: ... **Se agrega:**

Precisiones Técnico Médicas a la Convocatoria del procedimiento de Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023 Programa "Equipamiento Médico para Hospitales Prioritarios" (Binario).

6.31 Cuando el licitante en el anexo 4.1 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados." No puntualiza las características que son propias/específicas de su artículo, indicando de manera exacta, las dimensiones, el peso y material de los bienes ofertados, sin indicar rango, sólo tolerancia, en la columna que corresponde a la descripción técnica del licitante o realiza la trascripción íntegra de la especificación o requisito establecido, sin señalar los elementos específicos que integra el bien ofertado.

DICE:

Anexo No. 3.3 Requisitos para los bienes

Partida	CUCOP	PREI	SAI	Descripción	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Criterio de Evaluación	Visita a Instalaciones Institucionales	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Instalación	Capacitación	Mantenimiento Preventivo	Periodo de garantía	Deductivas	Registro Sanitario	Sustento de no necesidad COFEPRIS	Póliza de Responsabilidad Civil
35	53101464	11762	531.292.0019.02.01	FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES	103	42	Binario	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	36 Meses	No aplica	Si Req.		No
55	53100887	11895	531.422.0053.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	4	2	Binario	Opcional	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	**No Req.**	Fundamental	Si Req.	36 Meses	No aplica	No Req.	319 Cabina de seguridad	No

Precisiones Técnico Médicas a la Convocatoria del procedimiento de Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023 Programa "Equipamiento Médico para Hospitales Prioritarios" (Binario).

				(GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2)														biológica	
...																			
114	53101201	1229	533.159.0132.01.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICA	10	4	Binario	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	**No Req.**	Fundamental	Si Req.	36 Meses	No aplica	No Req.	319 Cabina de seguridad biológica	No
...																			
142	53101310	1234	533.860.0041.01.01	TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA.	16	7	Binario	No Req.	Si Req.	**No Req.**	No Req.	No Req.	**No Req.**	Fundamental	Si Req.	36 Meses	No aplica	No Req.	2082 Teñidor automatizado para laminillas	No
..																			
220	53100862	2129 3	523.975.0019.00.01	ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL PARA PACIE	34	14	Binario	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	**Fundamental**	Si Req.	36 Meses	No aplica	No Req.	No Req.	No

Precisiones Técnico Médicas a la Convocatoria del procedimiento de Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023 Programa "Equipamiento Médico para Hospitales Prioritarios" (Binario).

				NTES AMBULATORIOS.															
...																			
207	53100887	19201	533.159.0017.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR.	5	2	Binario	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	**No Req.**	Fundamental	Si Req.	36 Meses	No aplica	No Req.	319 Cabina de seguridad biológica	No

DEBE DECIR:

Partida	CUCOP	PREI	SAI	Descripción	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Criterio de Evaluación	Visita a Instalaciones Institucionales	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Instalación	Capacitación	Mantenimiento Preventivo	Periodo de garantía	Deductivas	Registro Sanitario	Sustento de no necesidad COFEPRIS	Póliza de Responsabilidad Civil
35	53101464	11762	531.292.0019.02.01	FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES	103	42	Binario	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	**No Req.**	36 Meses	No aplica	Si Req.		No
..																				
55	53100887	11895	531.422.0053.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR (GABINETE DE BIOSEGURIDAD	4	2	Binario	Opcional	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	**SI Req.**	Fundamental	Si Req.	36 Meses	No aplica	No Req.	319 Cabina de seguridad biológica	No

Precisiones Técnico Médicas a la Convocatoria del procedimiento de Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023 Programa "Equipamiento Médico para Hospitales Prioritarios" (Binario).

				CLASE II TIPO B2)																
...																				
114	53101201	1229	533.159.0132.01.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICA	10	4	Binario	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	**SI Req.**	Fundamental	Si Req.	36 Meses	No aplica	No Req.	319 Cabina de seguridad biológica	No
...																				
142	53101310	1232 4	533.860.0041.01.01	TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA.	16	7	Binario	No Req.	Si Req.	**Si Req.**	No Req.	No Req.	**Si Req.**	Fundamental	Si Req.	36 Meses	No aplica	No Req.	2082 Teñidor automatizado para laminillas	No
...																				
220	53100862	2129 3	523.975.0019.00.01	ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL PARA PACIENTES AMBULATORIOS.	34	14	Binario	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	**Intermedia**	Si Req.	36 Meses	No aplica	No Req.	No Req.	No
...																				
207	53100887	1920 1	533.159.0017.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR.	5	2	Binario	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	**SI Req.**	Fundamental	Si Req.	36 Meses	No aplica	No Req.	319 Cabina de seguri	No

Precisiones Técnico Médicas a la Convocatoria del procedimiento de Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023 Programa "Equipamiento Médico para Hospitales Prioritarios" (Binario).

		dad biológica
	"..."	
4	**Anexo No. 3.1 CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO** **Partida 135** **Clave PREI: 12300** **Clave SAI: 533.631.0155.03.01** **MICRÓTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO** ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS "... **2.1 Cinco (5) piezas de mangos. (Indicar marca y número de parte).** "...	**Anexo No. 3.1 CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO** **Partida 135** **Clave PREI: 12300** **Clave SAI: 533.631.0155.03.01** **MICRÓTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO** ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS "... **2.1 Se elimina.** "...
5	**Anexo No. 3.1 CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO** **Partida 136** **Clave PREI: 12305** **Clave SAI: 533.746.0108.01.01** **PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS** ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	**Anexo No. 3.1 CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO** **Partida 136** **Clave PREI: 12305** **Clave SAI: 533.746.0108.01.01** **PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS** ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS "... **Se agrega**

Precisiones Técnico Médicas a la Convocatoria del procedimiento de Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023 Programa "Equipamiento Médico para Hospitales Prioritarios" (Binario).		
		1.10 Impresora para etiquetar casetes. (Indicar marca, modelo y/o número de catálogo). ..."
	Anexo No. 3.1 CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO **Partida 142** **Clave PREI: 12324** **Clave SAI: 533.860.0041.01.01** **TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA.** ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS "... 1 Descripción: ... 1.11 Monitor o pantalla 1.12 Impresora integrada o adicional (incluir marca, modelo y/o número de catálogo). 1.13 Lector de código de barras	**Anexo No. 3.1 CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO** **Partida 142** **Clave PREI: 12324** **Clave SAI: 533.860.0041.01.01** **TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA.** ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS "... 1 Descripción: ... 1.11 Pantalla **a color sensible al tacto o touch screen.** 1.12 Impresora **alfanumérica para etiquetar laminillas.** (Indicar marca, modelo y/o número de catálogo). **1.13 Se elimina** ..." **Se agrega** **3.6 Mil (1000) etiquetas resistentes a solventes compatibles para la impresora para laminillas. (Indicar marca y número de catálogo o de parte).**
6	**CONVOCATORIA** **Anexo Uno. Anexo Técnico** **...**	**CONVOCATORIA** **Anexo Uno. Anexo Técnico** **...**

Precisiones Técnico Médicas a la Convocatoria del procedimiento de Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023 Programa "Equipamiento Médico para Hospitales Prioritarios" (Binario).

Partida	CUCOP	PREI	SAI	Descripción	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima
217	53100075	20211	513.173.0402.00.01	CAMILLA MOVIL PARA TRASLADO DE PACIENTES	242	97
218	53101431	20533	531.223.0037.01.01	COMPRESAS FRÍAS, UNIDAD DE	8	4
219	53101708	20669	531.616.5116.01.01	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA)	13	6
220	53100862	21293	523.975.0019.00.01	ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL PARA PACIENTES AMBULATORIOS.	34	14
221	53101310	21346	533.860.0041.01.01	TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA (ANTICUERPOS)	6	3
222	53100203	21595	531.562.0046.04.01	LAMPARA DE FOTOTERAPIA. (DE CONTACTO).	2	1

Partida	CUCOP	PREI	SAI	Descripción	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima
217	53100075	20211	513.173.0402.00.01	CAMILLA MOVIL PARA TRASLADO DE PACIENTES	242	97
218	53101431	20533	531.223.0037.01.01	COMPRESAS FRÍAS, UNIDAD DE	8	4
219	53101708	20669	531.616.5116.01.01	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA)	13	6
220	53100862	21293	523.975.0019.00.01	ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL PARA PACIENTES AMBULATORIOS.	34	14
221	**SE BAJA DE LA CONVOCATORIA**					
222	53100203	21595	531.562.0046.04.01	LAMPARA DE FOTOTERAPIA. (DE CONTACTO).	2	1

...

Precisiones Técnico Médicas a la Convocatoria del procedimiento de Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023 Programa "Equipamiento Médico para Hospitales Prioritarios" (Binario).

...

CONVOCATORIA

Anexo 3.2 Relación y Cantidad de Bienes

DICE:

...

7

Partida	CUCOP	PREI	SAI	Descripción	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima
221	53101310	21346	533.860.0041.01.01	TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA (ANTICUERPOS)	6	3

...

CONVOCATORIA

Anexo 3.2 Relación y Cantidad de Bienes

DEBE DECIR:

...

7

Partida	CUCOP	PREI	SAI	Descripción	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima

Precisiones Técnico Médicas a la Convocatoria del procedimiento de Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023 Programa "Equipamiento Médico para Hospitales Prioritarios" (Binario).

221	**SE BAJA DE LA CONVOCATORIA**

CONVOCATORIA

Anexo 3.3 Requisitos para los Bienes

...

DICE:

8

Partida	CUCOP	PREI	SAI	Descripción	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima
221	53101310	21346	533.860.0041.01.01	TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA (ANTICUERPOS)	6	3

.....

Anexo 3.3 Requisitos para los Bienes

...

DEBE DECIR:

8

...

Partida	CUCOP	PREI	SAI	Descripción	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima

Precisiones Técnico Médicas a la Convocatoria del procedimiento de Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023 Programa "Equipamiento Médico para Hospitales Prioritarios" (Binario).

	221	**SE BAJA DE LA CONVOCATORIA**

.....

Anexo 3.4 Guía de Distribución

...

DICE:

....

	CUCOP	PREI	SAI	Descripción	Cantidad Máxima
9	53101310	21346	533.860.0041.01.01	TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA (ANTICUERPOS)	1
	53101310	21346	533.860.0041.01.01	TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA (ANTICUERPOS)	1
	53101310	21346	533.860.0041.01.01	TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA (ANTICUERPOS)	1
	53101310	21346	533.860.0041.01.01	TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA (ANTICUERPOS)	1
	53101310	21346	533.860.0041.01.01	TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA (ANTICUERPOS)	1
	53101310	21346	533.860.0041.01.01	TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA (ANTICUERPOS)	1

9	**Anexo 3.4 Guía de Distribución**

Precisiones Técnico Médicas a la Convocatoria del procedimiento de Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023 Programa "Equipamiento Médico para Hospitales Prioritarios" (Binario).

	.... **DEBE DECIR:**

CUCOP	PREI	SAI	Descripción	Cantidad Máxima
			SE BAJA DE LA CONVOCATORIA	
			SE BAJA DE LA CONVOCATORIA	
			SE BAJA DE LA CONVOCATORIA	
			SE BAJA DE LA CONVOCATORIA	
			SE BAJA DE LA CONVOCATORIA	
			SE BAJA DE LA CONVOCATORIA	

	.....
10	**DATOS DE CONTACTO DE ADMINISTRADORES DE CONTRATO** **Se adjunta al presente el listado de administradores y datos de contacto.**

Precisiones Técnico Médicas a la Convocatoria del procedimiento de Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023 Programa "Equipamiento Médico para Hospitales Prioritarios" (Binario).

No.	OOAD	DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	TIPO DE BIEN	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	CARGO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	CDMX Norte, Zaragoza	Calzada Ignacio Zaragoza 1840, Col. Juan Escutia, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09100 Ciudad de México	Equipamiento Médico e Instrumental	Ing. Juan Gabriel Osorio Peralta	Ingeniero Biomédico	Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5421 Col. Magdalena de las Salinas Alcaldía Gustavo A. Madero	57473500 Ext. 25185	juan.osoriop@imss.gob.mx
			Equipo de Cocina	Lic. Rosario Figueroa González	Supervisora de Nutrición y Dietética	Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5421 Col. Magdalena de las Salinas Alcaldía Gustavo A. Madero	57473500 Ext. 25185	rocio.figueroag@imss.gob.mx
2	Chihuahua, Chihuahua	Avenida Vicente Guerrero No. 8830, Fraccionamiento Las Quintas, C.P. 32424 en Ciudad Juárez, Chihuahua.	Equipo Médico e Instrumental	Ing. David Mendoza Martínez	Coordinador Biomédico	Av. Universidad 1105, Colonia San Felipe Viejo. C.P. 31203, Chihuahua, Chih.	614 414 5208	david.mendozam@imss.gob.mx
			Equipo de Cocina	Lic. Kenia Isabel Alvillar Lugo	Coordinadora Delegacional de Nutrición	Av. Universidad 1105, Colonia San Felipe Viejo. C.P. 31203, Chihuahua, Chih.	614 413 1230	kenia.alvillarl@imss.gob.mx
3	Ensenada, Baja California	Av. Reforma s/n entre las calles Babilonia y Margaritas, Col. Jardines de Chapultepec, C.P. 22785, Ensenada, Baja California.	Equipo Médico, Instrumental y Equipo de Cocina	Guillermo García Hernández	Coordinación de Prevención y Atención a la Salid	Av. Cuauhtémoc No. 300 Col. Aviación C.P. 21300, Mexicali, B.C.	686 564 7700	guillermo.garciah@imss.gob.mx
4	Hidalgo, Tula	Avenida Benito Juárez No. 121, Localidad Doxey, Municipio de Tlaxcoapan, Estado de Hidalgo, C.P. 42965.	Equipo Médico, Instrumental y Equipo de Cocina	Dr. Mario Hernández Manzano	Adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas	Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fraccionamiento El Palmar II, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42088	771 718 3834 Ext. 13350	mario.hernandezm@imss.gob.mx
5	Navojoa, Sonora	Calle Ricardo Flores Magón No 201, entre Ignacio Allende y Boulevard Centenario, Colonia Tierra Blanca, C.P. 85820 en la localidad de Navojoa, Estado de Sonora	Equipo Médico, Instrumental y Equipo de Cocina	Dr. Manuel de Jesús López Castro	Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas	5 de Febrero No.220, Col. Centro. C.P. 8500, Ciudad Obregón, Sonora	644 414 1260	manuel.castroc@imss.gob.mx
6	Puebla, San Alejandro	Avenida 10, Poniente 2721, Esquina 27 Norte, Col. Villa San Alejandro, C.P. 72090 en la Ciudad de Puebla, Pue.	Equipo Médico, Instrumental y Equipo de Cocina	Dr. Ernesto Corona Alvarado	Coordinador de Prevención y Atención a la Salud	Calle 4 Norte No. 2005, Col. Centro C.P. 72000, Puebla, Puebla	222 232 0690 Ext. 63043 Cel. 222 104 0204	ernesto.coronaa@imss.gob.mx
7	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	Carretera Juan Crispín Chicoasén kilómetro 2.50, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29020	Equipo Médico, Instrumental y Equipo de Cocina	Ing. Guillermo Alberto Avendaño Arzate	Ingeniero Biomédico E1	11 Poniente entre 2da y 4ta Norte No. 20, Tapachula Chiapas. C.P. 30700	962 625 1174	guillermo.avendanoar@imss.gob.m
8	Yucatán, Ticúl	Predio No. 325 de la calle 23 de la localidad y municipio de Ticul, Yucatán (Manzana 16, sección catastral 4 antes de la urbanización tablaje catastral 1506), carretera Muna-Ticul, Yucatán.	Equipamiento Médico e Instrumental	I.B. Mario Andrés Alvaro Nava	Ingeniero Biomédico E2	Calle 34 No. 439 x 41 Ex Terrenos El Fénix, Mérida, Yucatán C.P 97150	5545407207	mario.alvarado@imss.gob.mx
			Equipo de Cocina	L.N. Sergio Humberto Caamal Beltrán	Coordinador Delegacional de Nutrición y Dietética	Calle 41 por 34 No. 439 Col. Industrial	9988742043	sergioh.caamalb@imss.gob.mx

DATOS DE CONTACTO DE ADMINISTRADORES DE CONTRATO
LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023 (BINARIO)

No.	OOAD	DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	TIPO DE BIEN	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	CARGO	OFICIO DE DESIGNACIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	CDMX Norte, Zaragoza	Calzada Ignacio Zaragoza 1840, Col. Juan Escutia, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09100 Ciudad de México	Equipamiento Médico e Instrumental	Ing. Juan Gabriel Osorio Peralta	Ingeniero Biomédico	Of No. 35 01 60 61 05 90/ **218** /2023	Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5421 Col. Magdalena de las Salinas Alcaldía Gustavo A. Madero	57473500 Ext. 25185	juan.osorio@imss.gob.mx
			Equipo de Cocina	Lic. Rosario Figueroa González	Supervisora de Nutrición y Dietética	Of. No. 35 01 60 61 05 90/ **219** /2023	Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5421 Col. Magdalena de las Salinas Alcaldía Gustavo A. Madero	57573500 Ext. 25185	rocio.figueroag@imss.gob.mx
2	Chihuahua, Chihuahua	Avenida Vicente Guerrero No. 8830, Fraccionamiento Las Quintas, C.P. 32424 en Ciudad Juárez, Chihuahua.	Equipo Médico e Instrumental	Ing. David Mendoza Martínez	Coordinador Biomédico	Of. No. 089001050100/**376**/2023	Av. Universidad 1105, Colonia San Felipe Viejo. C.P. 31203, Chihuahua, Chih.	614 414 5208	david.mendozam@imss.gob.mx
			Equipo de Cocina	Lic. Kenia Isabel Alvillar Lugo	Coordinadora Delegacional de Nutrición	Of. No. 089001050100/**377**/2023	Av. Universidad 1105, Colonia San Felipe Viejo. C.P. 31203, Chihuahua, Chih.	614 413 1230	kenia.alvillar@imss.gob.mx
3	Ensenada, Baja California	Av. Reforma s/n entre las calles Babilonia y Margaritas, Col. Jardines de Chapultepec, C.P. 22785, Ensenada, Baja California.	Equipo Médico, Instrumental y Equipo de Cocina	Guillermo García Hernández	Coordinación de Prevención y Atención a la Salid	Of. N° 029001 100100/**JSA261**/2023	Av. Cuauhtemoc No. 300 Col. Aviación C.P. 21300, Mexicali, B.C.	686 564 7700	guillermo.garciah@imss.gob.mx
4	Hidalgo, Tula	Avenida Benito Juárez No. 121, Localidad Doxey, Municipio de Tlaxcoapan, Estado de Hidalgo, C.P. 42965.	Equipo Médico, Instrumental y Equipo de Cocina	Dr. Mario Hernández Manzano	Adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas	Oficio N° 139001050100/**928**/2023	Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fraccionamiento El Palmar II, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42088	771 718 9834 Ext. 13350	mario.hernandezm@imss.gob.mx
5	Navojoa, Sonora	Calle Ricardo Flores Magón No 201, entre Ignacio Allende y Boulevard Centenario. Colonia Tierra Blanca, C.P. 85820 en la localidad de Navojoa, Estado de Sonora	Equipo Médico, Instrumental y Equipo de Cocina	Dr. Manuel de Jesús López Castro	Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas	Oficio No. 279001100100/240-23/**1392**	5 de Febrero No.220, Col. Centro. C.P. 8500, Ciudad Obregón, Sonora	644 414 1260	manuel.castroc@imss.gob.mx
6	Puebla, San Alejandro	Avenida 10, Poniente 2721, Esquina 27 Norte, Col. Villa San Alejandro, C.P. 72090 en la Ciudad de Puebla, Pue.	Equipo Médico, Instrumental y Equipo de Cocina	Dr. Ernesto Corona Alvarado	Coordinador de Prevención y Atención a la Salud	22 90 01 05 01 00/OOAD/**223**/2023	Calle 4 Norte No. 2005, Col. Centro C.P. 72000, Puebla, Puebla	222 232 0690 Ext. 69043 Cel. 222 104 0204	ernesto.corona@imss.gob.mx
7	Tuxtla Gutierrez, Chiapas	Carretera Juan Crispín Chicoasén kilómetro 2.50, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29020	Equipo Médico, Instrumental y Equipo de Cocina	Ing. Guillermo Alberto Avendaño Arzate	Ingeniero Biomédico E1	Oficio N° 07 9001/200100/JSPM/377/2023	11 Poniente entre 2da y 4ta Norte No. 20, Tapachula Chiapas. C.P. 30700	962 625 1174	guillermo.avendanoar@imss.gob.mx
8	Yucatán, Ticúl	Predio No. 325 de la calle 23 de la localidad y municipio de Ticul, Yucatán (Manzana 16, sección catastral 4 antes de la urbanización tablaje catastral 1506), carretera Muna-Ticul, Yucatán.	Equipamiento Médico e Instrumental	I.B. Mario Andrés Alvaro Nava	Ingeniero Biomédico E2	Oficio N° 338001150900/CAOA-1376/2023	Calle 34 No. 439 x 41 Ex Terrenos El Fénix, Mérida, Yucatán C.P 97150	5545407207	mario.alvaradoa@imss.gob.mx
			Equipo de Cocina	L.N. Sergio Humberto Caamal Beltrán	Coordinador Delegacional de Nutrición y Dietetica	Oficio N° 339001200100/CAOA-1072/JSMP-743	Calle 41 por 34 No. 439 Col. Industrial	9988742049	sergiohumberto.caamalb@imss.gob.mx

JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO)

ANEXO

IV

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
438630	VITER MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1, CÉDULAS, PARTIDA 22, ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL	PARTIDA 22, ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL, CVE SAI: 531.116.0369.03.01. PREI: 11662, PUNTO 1.2.3.1 SOLICITAN UN (1) BRAZALETE PARA PACIENTE ADULTO CON RANGO DE 29 A 42 CM, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN COTIZAR UN BRAZALETE CON RANGO DE 32 A 43 CM, YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO, ¿¿SE ACEPTA??	SE ACEPTA OFERTAR "UN BRAZALETE CON RANGO DE 32 A 43 CM", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.2.3.1 UN (1) BRAZALETE PARA PACIENTE ADULTO CON RANGO DE 29 A 42 CM" DE LA PARTIDA 22 ESFIGMOMANÓNETRO ANEROIDE PORTÁTIL, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
438631	VITER MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1, CÉDULAS, PARTIDA 22, ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL	PARTIDA 22, ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL, CVE SAI: 531.116.0369.03.01, PREI: 11662, PUNTO 1.2.3.2 SOLICITAN UN (1) BRAZALETE PARA PACIENTE PEDIÁTRICO CON RANGO DE 20 A 29 CM, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN COTIZAR UN BRAZALETE CON RANGO DE 20 A 26 CM, YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO, SE ACEPTA??	SE ACEPTA OFERTAR "BRAZALETE CON RANGO DE 20 A 26 CM", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.2.3.2 UN (1) BRAZALETE PARA PACIENTE PEDIÁTRICO CON RANGO DE 20 A 29 CM" DE LA PARTIDA 22 ESFIGMOMANÓNETRO ANEROIDE PORTÁTIL, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
438632	VITER MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1, CÉDULAS, PARTIDA 22, ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL	PARTIDA 22, ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL, CVE SAI: 531.116.0369.03.01, PREI: 11662, PUNTO 1.2.3.1 SOLICITAN UN (1) BRAZALETE PARA PACIENTE ADULTO CON RANGO DE 29 A 42 CM, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN COTIZAR EL RANGO CON UNA TOLERANCIA DE +/ 10%, SE ACEPTA??	SE ACEPTA OFERTAR "EL RANGO CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10%", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.2.3.1 UN (1) BRAZALETE PARA PACIENTE ADULTO CON RANGO DE 29 A 42 CM" DE LA PARTIDA 22 ESFIGMOMANÓNETRO ANEROIDE PORTÁTIL, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
438697	VITER MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1, CÉDULAS, PARTIDA 22, ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL	PARTIDA 22, ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL, CVE SAI: 531.116.0369.03.01. PREI: 11662, PUNTO 1.2.3.2 SOLICITAN UN (1) BRAZALETE PARA PACIENTE PEDIÁTRICO CON RANGO DE 20 A 29 CM, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN COTIZAR EL RANGO CON UNA TOLERANCIA DE +/ 10%, SE ACEPTA??	SE ACEPTA OFERTAR " EL RANGO CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10%", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.2.3.2 UN (1) BRAZALETE PARA PACIENTE PEDIÁTRICO CON RANGO DE 20 A 29 CM" DE LA PARTIDA 22 ESFIGMOMANÓNETRO ANEROIDE PORTÁTIL, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
438698	VITER MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1, CÉDULAS, PARTIDA 22, ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL	PARTIDA 22, ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL, CVE SAI: 531.116.0369.03.01. PREI: 11662, PUNTO 1.3.5 NUESTRO SISTEMA DE INSUFLACIÓN ES POR MEDIO DE PERA ERGONÓMICA QUE SE ADAPTA A DIESTROS Y ZURDOS POR LO CUAL YA NO REQUIERE CUCHARA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CON LA TECNOLOGÍA DE PERA ERGONÓMICA QUE SE ADAPTA A DIESTROS Y ZURDOS, SE ACEPTA??	SE ACEPTA OFERTAR " TECNOLOGÍA DE PERA ERGONÓMICA QUE SE ADAPTA A DIESTROS Y ZURDOS", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.3.5 CUCHARA ADAPTABLE PARA DIESTROS Y ZURDOS" DE LA PARTIDA 22 ESFIGMOMANÓNETRO ANEROIDE PORTÁTIL, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
438699	VITER MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1, CÉDULAS, PARTIDA 23, ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED	PARTIDA 23, ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED, CVE SAI: 531.116.0377.03.01, PREI: 11663, PUNTO 1.2.3.2 SOLICITAN UN (1) BRAZALETE PEDIÁTRICO CON RANGO MÍNIMO DE 20 A 29 CM, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN COTIZAR EL RANGO CON UNA TOLERANCIA DE +/ 10%, SE ACEPTA??	SE ACEPTA OFERTAR " EL RANGO CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10%", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.2.3.2 UN (1) BRAZALETE PEDIÁTRICO CON RANGO MÍNIMO DE 20 A 29 CM" DE LA PARTIDA 23 ESFIGMOMANÓNETRO ANEROIDE DE PARED, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
438700	VITER MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1, CÉDULAS, PARTIDA 37, ESTUCHE DE DIANÓSTICO HOSPITALARIO	PARTIDA 37, ESTUCHE DE DIANÓSTICO HOSPITALARIO, CVE: 531.295.1162.04.01, PREI: 11766, PUNTO 1.4 SOLICITAN CABEZAL DE FARINGOSCOPIO Y EN EL PUNTO 1.4.1 SOLICITAN PORTA ABATELENGUAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANET NOS PERMITAN COTIZAR CABEZAL PORTAABATELENGUAS CON ILUMINADOR FARINGEO, SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR " CABEZAL PORTAABATELENGUAS CON ILUMINADOR FARINGEO", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.4.1 CON ILUMINACION XENON HALOGENA O LED A TRAVES DE FIBRA OPTICA DE 3.5 VOLTS COMO MINIMO. CON PORTA ABATELENGUAS.", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaracion	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
438701	VITER MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1, CÉDULAS, PARTIDA 37, ESTUCHE DE DIANÓSTICO HOSPITALARIO	PARTIDA 37, ESTUCHE DE DIANÓSTICO HOSPITALARIO, CVE: 531.295.1162.04.01, PREI: 11766, SOLICITAN EN EL PUNTO 1.5 MANGO Y 1.5.1 METÁLICO CON ACABADO MOLETEADO, ESTO ES PARA EVITAR EL DESLIZAMIENTO DEL EQUIPO, PODEMOS OFERTAR UN MANGO CON ACABADO ANTIDERRAPANTE O ESTRIADO, YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU OFERTA, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL NUMERAL 1.5.1 METALICO DE ACABADO MOLETEADO, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 37 ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO.
438702	VITER MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1, CÉDULAS, PARTIDA 37, ESTUCHE DE DIANÓSTICO HOSPITALARIO	PARTIDA 37, ESTUCHE DE DIANÓSTICO HOSPITALARIO, CVE: 531.295.1162.04.01, PREI: 11766, SOLICITAN EN EL PUNTO 1.5.3 ENTENDEMOS QUE DEBEMOS ENTREGAR UN MANGO QUE SEA COMPATIBLE CON PILAS RECARGABLES Y CON PILAS ALCALINAS, ES CORRECTO?	ES CORRECTO . SE ACLARA QUE PARA LA PARTIDA 37, ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO, EL BIEN OFERTADO DEBERA CUMPLIR LA CARACTERISTICA TECNICA DESCRITA EN EL NUMERAL 1.5.3 ALIMENTACION POR BATERIAS RECARGABLES Y ALCALINAS COMPATIBLES CON EL MANGO, TIPO C, TIPO D, O TIPO AA.
438703	VITER MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1, CÉDULAS, PARTIDA 38, ESTUCHE DE DIANÓSTICO BÁSICO	PARTIDA 38, ESTUCHE DE DIANÓSTICO BÁSICO, CVE SAI: 531.295.1188.03.01. PREI: 11767, SOLICITAN PUNTO 1.4 MANGO Y 1.4.1 METÁLICO CON ACABADO MOLETEADO, ESTO ES PARA EVITAR EL DESLIZAMIENTO DEL EQUIPO, PODEMOS OFERTAR UN MANGO CON ACABADO ANTIDERRAPANTE O ESTRIADO, YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU OFERTA, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL NUMERAL 1.4.1 METALICO DE ACABADO MOLETEADO, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 38 ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BASICO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO.
438704	VITER MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1, CÉDULAS, PARTIDA 38, ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO,	PARTIDA 38, CVE: 531.295.1188.03.01. PREI: 11767, ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO, SOLICITAN EN EL PUNTO 1.4.3 ENTENDEMOS QUE DEBEMOS ENTREGAR UN MANGO QUE SEA COMPATIBLE CON PILAS RECARGABLES Y CON PILAS ALCALINAS, ES CORRECTO?	ES CORRECTO . SE ACLARA QUE PARA LA PARTIDA 38, ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO, EL BIEN OFERTADO DEBERA CUMPLIR LA CARACTERISTICA TECNICA DESCRITA EN EL NUMERAL 1.4.3 ALIMENTACION POR BATERIAS RECARGABLES Y ALCALINAS COMPATIBLES CON EL MANGO, TIPO C, TIPO D, O TIPO AA.
438705	VITER MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1, CÉDULAS, PARTIDA 67, LARINGOSCOPIO	PARTIDA 67, LARINGOSCOPIO, CVE: 531.568.03.01, PREI: 11952, PUNTO 2, ACCESORIOS Y PUNTO 2.1, SOLICITAN ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS, PODEMOS OFERTAR BOLSA DE VINIPIEL BLANDO PARA LA GUARDA DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "2.1 ESTUCHE RIGIDO PARA GUARDA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 67 LARINGOSCOPIO. ESTO EN VIRTUD DE OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
438713	VITER MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1, CÉDULAS, PARTIDA 23, ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED	PARTIDA 23, ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED, CVE SAI: 531.116.0377.03.01, PREI: 11663, PUNTO 1.2.3.1 SOLICITAN UN (1) BRAZALETE ADULTO CON RANGO DE MÍNIMO DE 29 A 42 CM, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN COTIZAR UN BRAZALETE CON RANGO DE 32 A 43 CM, YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO, ¿¿SE ACEPTA??	SE ACEPTA OFERTAR " BRAZALETE CON RANGO DE 32 A 43 CM", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.2.3.1 UN (1) BRAZALETE ADULTO CON RANGO MÍNIMO DE 29 A 42 CM" DE LA PARTIDA 23 ESFIGMOMANÓNETRO ANEROIDE DE PARED, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
438714	VITER MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1, CÉDULAS, PARTIDA 23, ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED	PARTIDA 23, ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED, CVE SAI: 531.116.0377.03.01, PREI: 11663, PUNTO 1.2.3.2 SOLICITAN UN (1) BRAZALETE PEDIÁTRICO CON RANGO MÍNIMO DE 20 A 29 CM, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN COTIZAR UN BRAZALETE CON RANGO DE 20 A 26 CM, YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO, SE ACEPTA??	SE ACEPTA OFERTAR " BRAZALETE CON RANGO DE 20 A 26 CM", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.2.3.2 UN (1) BRAZALETE PEDIÁTRICO CON RANGO MÍNIMO DE 20 A 29 CM" DE LA PARTIDA 23 ESFIGMOMANÓNETRO ANEROIDE DE PARED, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
438715	VITER MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1, CÉDULAS, PARTIDA 23, ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED	PARTIDA 23, ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED, CVE SAI: 531.116.0377.03.01, PREI: 11663, PUNTO 1.2.3.1 SOLICITAN UN (1) BRAZALETE ADULTO CON RANGO MÍNIMO DE 29 A 42 CM, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN COTIZAR EL RANGO CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10%, SE ACEPTA??	SE ACEPTA OFERTAR " EL RANGO CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10%", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.2.3.1 UN (1) BRAZALETE ADULTO CON RANGO MÍNIMO DE 29 A 42 CM" DE LA PARTIDA 23 ESFIGMOMANÓNETRO ANEROIDE DE PARED, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
438716	VITER MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1, CÉDULAS, PARTIDA 37, ESTUCHE DE DIANÓSTICO HOSPITALARIO	PARTIDA 37, CVE: 531.295.1162.04.01. PREI: 11766, ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO, PUNTO 3, CONSUMIBLES Y 3.2, SOLICITAN LAMPARA DE REPUESTO, ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A QUE DEBEMOS ENTREGAR SOLAMENTE UN FOCO DE XENÓN HALÓGENA COMO CONSUMIBLE, ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LAMPARA DE RESPUESTO ES UNA LAMPARA O FOCO QUE DEBERA ENTREGAR EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO A LA UNIDAD MÉDICA DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, LA CUAL SERVIRÁ DE REPUESTO O CAMBIO CUANDO LA LÁMPARA O FOCO CON LA QUE CUENTA EL BIEN SE DAÑE O YA NO FUNCIONE, SE LE SOLICITA A LA LICITANTE QUE PARA SU PROPUESTA TÉCNICA CONTEMPLE DICHA LÁMPARA O FOCO DE REPUESTO Y EN TODO MOMENTO ATIENDA LA DESCRIPCION SOLICITADA EN LOS NUMERALES: 3.2 LÁMPARA DE REPUESTO EN EL CASO DE OFERTAR TECNOLOGÍA XENÓN HALÓGENA (INDICAR NÚMERO DE PARTE) CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 37 ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO, ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023
PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"
(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
438717	VITER MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1, CÉDULAS, PARTIDA 38, ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO,	PARTIDA 38, CVE: 531.295.1188.03.01. PREI: 11767, ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO, PUNTO 3, CONSUMIBLES Y 3.2, SOLICITAN LAMPARA DE REPUESTO, ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A QUE DEBEMOS ENTREGAR SOLAMENTE UN FOCO DE XENÓN HALÓGENA COMO CONSUMIBLE, ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LAMPARA DE RESPUESTO ES UNA LAMPARA O FOCO QUE DEBERA ENTREGAR EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO A LA UNIDAD MÉDICA DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, LA CUAL SERVIRÁ DE REPUESTO O CAMBIO CUANDO LA LÁMPARA O FOCO CON LA QUE CUENTA EL BIEN SE DAÑE O YA NO FUNCIONE, SE LE SOLICITA ALA LICITANTE QUE PARA SU PROPUESTA TÉCNICA CONTEMPLE DICHA LÁMPARA O FOCO DE REPUESTO Y EN TODO MOMENTO ATIENDA LA DESCRIPCION SOLICITADA EN LOS NUMERALES: 3.2 LÁMPARA DE REPUESTO EN EL CASO DE OFERTAR TECNOLOGÍA XENÓN HALÓGENA (INDICAR NÚMERO DE PARTE) CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 37 ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO, ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO.
438718	VITER MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1, CÉDULAS, PARTIDA 38, ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO,	PARTIDA 38, CVE: 531.295.1188.03.01. PREI: 11767, ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO, SOLICITAN EN EL PUNTO 1.2.2, SOLICITAN LENTE CON 2.5 AUMENTOS, PODRÍAMOS OFERTAR CON AUMENTO DE 2.2, ¿¿SE ACEPTA??	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN EL NUMERAL 1.2.2 LENTE CON 2.5 AUMENTOS COMO MÍNIMO, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 38 ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO.
438719	VITER MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1, CÉDULAS, PARTIDA 41, CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFER	PARTIDA 216, CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES, SOLICITAN EN EL PUNTO 1.7.1, BARANDALES CON LONGITUD TOTAL EN EL RANGO DE 137 A 143 CM.PODEMOS OFERTAR UNA LONGITUD DE 119.4 cm. QUE CUBRE TODO LO LARGO DE LA CAMILLA Y PERMITE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN EL NUMERAL 1.7.1 BARANDALES CON LONGITUD TOTAL EN EL RANGO DE 137 A 143 CM CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 216 CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO.
442285	VITER MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.3, PARTIDAS 37, 38 Y 67	ANEXO 3.3, PARTIDA 37, ESTUCHE DE DIANÓSTICO HOSPITALARIO, PARTIDA 38, ESTUCHE DE DIANÓSTICO BÁSICO Y PARTIDA 67, LARINGOSCOPIO, SOLICITAMOS QUE PARA ESTAS PARTIDAS SE ELIMINE LA CAPACITACIÓN REQUERIDA EN EL ANEXO 3.3, DEBIDO A QUE ESTOS EQUIPOS SON POR SU NATURALEZA DE USO BÁSICOS Y COMÚN PARA LAS ENFERMERAS Y DOCTORES POR LO QUE NO REQUIEREN NINGUNA CAPACITACIÓN PARA SU USO, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO SE OBLIGA A PROPORCIONAR LA CAPACITACIÓN EN LA UNIDAD MÉDICA DE MANERA EXCLUSIVA Y DEDICADA, PARA CADA UNO DE LOS TURNOS EN LA UNIDAD MÉDICA, CONFORME A UN PLAN PREVIAMENTE ESTABLECIDO A SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO. DE ACUERDO A CADA PARTIDA, DICHA CAPACITACIÓN DEBERÁ CUMPLIR LOS NIVELES DE CAPACITACIÓN REQUERIDOS EN EL ANEXO 3.3 "REQUISITOS PARA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES" EN LA COLUMNA "NIVEL DE CAPACITACIÓN" Y QUE SON: FUNDAMENTAL, INTERMEDIA Y AVANZADA, CUYOS ALCANCES ESTÁN DESCRITOS EN EL ANEXOS DOS "TÉRMINOS Y CONDICIONES", INCISO J), SUBAPARTADO "EN SU CASO, SI SE REQUIERE CAPACITACIÓN, SOLICITAR PROGRAMA PARA LA MISMA".
442335	PROVEEDORA INTEGRAL DE EMPRESAS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 74 PUNTO 1.1	SOLICITAN UN LENSÓMETRO MANUAL, SOLICITAMOS AMABLEMENTE PODER OFERTAR UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR CON UN LENSÓMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO ¿SE ACEPTA?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL A LA PRESENTE PREGUNTA TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE "LAS CARACTERISTICAS SUPERIORES" QUE PRETENDE OFERTAR NI LOS NUMERALES ESPECIFICOS DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS CUYAS REFERENCIAS ASUME SON SUPERIORES. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACION QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERITICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE.
442353	GRUPO ABUNDANZAA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.3 REQUISITOS PARA LOS BIENES	PARA LA PARTIDA 3 MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA CAPACITACIÓN NO SEA REQUERIDA YA QUE LA TECNOLOGIA NO LO NECESITA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO SE OBLIGA A PROPORCIONAR LA CAPACITACIÓN EN LA UNIDAD MÉDICA DE MANERA EXCLUSIVA Y DEDICADA, PARA CADA UNO DE LOS TURNOS EN LA UNIDAD MÉDICA, CONFORME A UN PLAN PREVIAMENTE ESTABLECIDO A SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO. DE ACUERDO A CADA PARTIDA, DICHA CAPACITACIÓN DEBERÁ CUMPLIR LOS NIVELES DE CAPACITACIÓN REQUERIDOS EN EL ANEXO 3.3 "REQUISITOS PARA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES" EN LA COLUMNA "NIVEL DE CAPACITACIÓN" Y QUE SON: FUNDAMENTAL, INTERMEDIA Y AVANZADA, CUYOS ALCANCES ESTÁN DESCRITOS EN EL ANEXOS DOS "TÉRMINOS Y CONDICIONES", INCISO J), SUBAPARTADO "EN SU CASO, SI SE REQUIERE CAPACITACIÓN, SOLICITAR PROGRAMA PARA LA MISMA".
442354	GRUPO ABUNDANZAA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.3 REQUISITOS PARA LOS BIENES	PARA LA PARTIDA 37 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA CAPACITACIÓN NO SEA REQUERIDA YA QUE LA TECNOLOGIA NO LO NECESITA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO SE OBLIGA A PROPORCIONAR LA CAPACITACIÓN EN LA UNIDAD MÉDICA DE MANERA EXCLUSIVA Y DEDICADA, PARA CADA UNO DE LOS TURNOS EN LA UNIDAD MÉDICA, CONFORME A UN PLAN PREVIAMENTE ESTABLECIDO A SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO. DE ACUERDO A CADA PARTIDA, DICHA CAPACITACIÓN DEBERÁ CUMPLIR LOS NIVELES DE CAPACITACIÓN REQUERIDOS EN EL ANEXO 3.3 "REQUISITOS PARA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES" EN LA COLUMNA "NIVEL DE CAPACITACIÓN" Y QUE SON: FUNDAMENTAL, INTERMEDIA Y AVANZADA, CUYOS ALCANCES ESTÁN DESCRITOS EN EL ANEXOS DOS "TÉRMINOS Y CONDICIONES", INCISO J), SUBAPARTADO "EN SU CASO, SI SE REQUIERE CAPACITACIÓN, SOLICITAR PROGRAMA PARA LA MISMA".

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023
PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"
(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
442355	GRUPO ABUNDANZAA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.3 REQUISITOS PARA LOS BIENES	PARA LA PARTIDA 38 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BÁSICO SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA CAPACITACIÓN NO SEA REQUERIDA YA QUE LA TECNOLOGIA NO LO NECESITA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO SE OBLIGA A PROPORCIONAR LA CAPACITACIÓN EN LA UNIDAD MÉDICA DE MANERA EXCLUSIVA Y DEDICADA, PARA CADA UNO DE LOS TURNOS EN LA UNIDAD MÉDICA, CONFORME A UN PLAN PREVIAMENTE ESTABLECIDO A SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO. DE ACUERDO A CADA PARTIDA, DICHA CAPACITACIÓN DEBERÁ CUMPLIR LOS NIVELES DE CAPACITACIÓN REQUERIDOS EN EL ANEXO 3.3 "REQUISITOS PARA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES" EN LA COLUMNA "NIVEL DE CAPACITACIÓN" Y QUE SON: FUNDAMENTAL, INTERMEDIA Y AVANZADA, CUYOS ALCANCES ESTÁN DESCRITOS EN EL ANEXOS DOS "TÉRMINOS Y CONDICIONES", INCISO J), SUBAPARTADO "EN SU CASO, SI SE REQUIERE CAPACITACIÓN, SOLICITAR PROGRAMA PARA LA MISMA".
442356	GRUPO ABUNDANZAA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.3 REQUISITOS PARA LOS BIENES	PARA LA PARTIDA 3 MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO SEA REQUERIDO YA QUE LA TECNOLOGIA NO LO NECESITA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE REMITIRSE AL ANEXO NO. 3.3 REQUISITOS PARA LOS BIENES, YA QUE DICHOS BIENES SI CONSIDERAN CALENDARIO DE MANTENIMIENTO
442357	GRUPO ABUNDANZAA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.3 REQUISITOS PARA LOS BIENES	PARA LA PARTIDA 65 LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO SEA REQUERIDO YA QUE LA TECNOLOGIA NO LO NECESITA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE REMITIRSE AL ANEXO NO. 3.3 REQUISITOS PARA LOS BIENES, YA QUE DICHOS BIENES SI CONSIDERAN CALENDARIO DE MANTENIMIENTO
442358	GRUPO ABUNDANZAA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.3 REQUISITOS PARA LOS BIENES	PARA LA PARTIDA 216 CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO SEA REQUERIDO YA QUE LA TECNOLOGIA NO LO NECESITA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE REMITIRSE AL ANEXO NO. 3.3 REQUISITOS PARA LOS BIENES, YA QUE DICHOS BIENES SI CONSIDERAN CALENDARIO DE MANTENIMIENTO
442359	GRUPO ABUNDANZAA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.3 REQUISITOS PARA LOS BIENES	PARA LA PARTIDA 217 CAMILLA MOVIL PARA TRASLADO DE PACIENTE SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO SEA REQUERIDO YA QUE LA TECNOLOGIA NO LO NECESITA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE REMITIRSE AL ANEXO NO. 3.3 REQUISITOS PARA LOS BIENES, YA QUE DICHOS BIENES SI CONSIDERAN CALENDARIO DE MANTENIMIENTO
442566	RYSE MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PAGINA 33 - PUNTO 2.9 TIPO DE ABASTECIMIENTO - FORMATO 16	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS CONFIRME SI EL FORMATO 16 MANIFESTACIÓN DE CAPACIDAD DE ENTREGA DE LOS BIENES, APLICA UNICAMENTE PARA LOS LICITANTE QUE OFERTEN LA PARTIDA 70, POR LO QUE EN EL SUPUESTO DE QUE MI REPRESENTADA NO PARTICIPE EN ESTA PARTIDA NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO SU NO PRESENTACIÓN, ¿ES ESTO CORRECTO EN CASO CONTRARIO FAVOR DE CONFIRMAR?	ES CORRECTA SU APRECIACION. SE CONFIRMA QUE EL FORMATO 16 MANIFESTACIÓN DE CAPACIDAD DE ENTREGA DE LOS BIENES (ABASTECIMIENTO SIMULTANEO), SOLO DEBERA PRESENTARLO LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN PARA LA PARTIDA 70.
442567	RYSE MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PAGINA 39 - PUNTO 3.6. PROPOSICIONES CONJUNTAS FORMATO 6 PARTICIPACIÓN CONJUNTA	EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO SE UBIQUE DENTRO DE ESTE SUPUESTO NO SERA NECESARIO INTEGRAR A NUESTRA PROPUESTA EL FORMATO 6 SIN QUE ESTO SEA CAUSA DE DESECHAMIENTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA PODER CUBRIR CON EL REQUISITO DENTRO DE LOS PARAMETROS DE COMPRANET, NOS PERMITA ADJUNTAR DICHO FORMATO CON LA LEYENDA "NO APLICA" EN MARCA DE AGUA PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
442568	RYSE MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PAGINA 43 - PUNTO 4.1.1. DOCUMENTOS QUE AFECTAN LA SOLVENCIA, INCISO B	DENTRO DEL INCISO B SE INDICA QUE PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL SE DEBERA DE PRESENTAR EL FORMATO 2 Y EL FORMATO 2A, EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO OFERTE BIENES DE ORIGEN NACIONAL SERA SUFICIENTE EL PRESENTAR ESTOS DOS FORMATOS CON LA LEYENDA "NO APLICA" EN MARCA DE AGUA PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA. EN CASO DE QUE ALGUN DOCUMENTO NO APLIQUE PARA SU REPRESENTADA, PODRA PRESENTAR EL FORMATO CON LA LEYENDA "NO APLICA".
442569	RYSE MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PAGINA 46 - PUNTO 4.1.2. DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA, INCISO K	EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO SE UBIQUE DENTRO DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MIPYME NO SERA NECESARIO INTEGRAR A NUESTRA PROPUESTA EL FORMATO 7 SIN QUE ESTO SEA CAUSA DE DESECHAMIENTO, SIN EMBARGO Y CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PARAMETROS DE COMPRANET, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ADJUNTAR DICHO FORMATO CON LA LEYENDA "NO APLICA" EN MARCA DE AGUA PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA. EN CASO DE QUE ALGUN DOCUMENTO NO APLIQUE PARA SU REPRESENTADA, PODRA PRESENTAR EL FORMATO CON LA LEYENDA "NO APLICA".

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023
PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"
(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
442570	RYSE MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, INCISO A, ANEXO 4.8 INSTALACIÓN DE LOS BIENES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL ANEXO ANTES MENCIONADO SOLO APLICA PARA LAS PARTIDAS QUE REQUIERAN ADECUACIÓN DEL ESPACIO FISICO, POR LO QUE EN EL SUPUESTO DE QUE NO OFERTEMOS ESTE TIPO DE EQUIPO NO SERA NECESARIA SU PRESENTACIÓN DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA TECNICA ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
442571	RYSE MEDICA SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXO 3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS CONFIRME SI EL IMPORTE TOTAL QUE DEBEMOS EXPRESAR DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA ES POR LAS CANTIDADES MÁXIMAS O EN SU DEFECTO NOS PERMITAN ADICIONAR UNA COLUMNA DONDE PODAMOS INDICAR EL IMPORTE TOTAL POR CANTIDADES MÍNIMAS Y OTRA CON LAS CANTIDADES MÁXIMAS ¿FAVOR DE ACLARAR?	DEBERA AJUSTARSE A LA PRECISIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO 1.
442581	CAF HEALTHCARE SYSTEMS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4.1.2. DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICION. INCISO I.	ENTENDEMOS QUE AL NO SER OBLIGATORIO PRESENTAR LA OPINION POSITIVA DEL IMSS PARA LA CONVOCANTE, NO SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO LA PRESENTACIÓN CON CUALQUIER FECHA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA SOLVENTAR EL PUNTO EN EL SISTEMA COMPRANET ¿ES CORRECTO?	LA CONSULTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PODRÁ SER DE FECHA ANTERIOR AL EVENTO; SIN EMBARGO, SIN EXCEPCIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO EL O LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN PRESENTARLA VIGENTES EN SENTIDO POSITIVO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
442582	CAF HEALTHCARE SYSTEMS SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 216. PUNTO 1.8	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR UN BARANDAL PLEGABLE DE 159 CM YA QUE ESTE NO SOBREPASA EL LARGO TOTAL DE LA CAMILLA ¿SE ACEPTA?	SI SE REFIERE AL NUMERAL 1.7.1, SE ACEPTA OFERTAR "UN BARANDAL PLEGABLE DE 159 CM YA QUE ESTE NO SOBREPASA EL LARGO TOTAL DE LA CAMILLA", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL 1.7.1 "LONGITUD TOTAL EN EL RANGO E 137 A 143 CM Y PROVISTA DE TOPES PARA AMORTIGUAR EL DESLIZAMIENTO DE LOS BARANDALES. PARA LA PARTIDA 216. ", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442602	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DOCUMENTOS QUE AFECTAN LA SOLVENCIA, B) PAG. 40	EN EL ENTENDIDO DE QUE MI REPRESENTADA NO PRESENTA EN SU PROPOSICIÓN BIENES DE ORIGEN NACIONAL, BASTARÁ CON PRESENTAR EL FORMATO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL (FORMATO 3) Y NO SERÁ NECESARIO ADJUNTAR LOS FORMATOS 2 Y 2A. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
442604	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 60, HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD, TIPO CASCADA ELECTRONICO	RESPECTO A LA FICHA TÉCNICA, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS DEJE REFERENCIAR DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE CUMPLIRÁ LO REQUERIDO EN ELLA.	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA NOMENCLATURA QUE PRETENDE OFERTAR. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
442605	CORINDAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 52 ID 11875 CLAVE 531.385.1080.02.01 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE SER TOTALMENTE AUTOMATICO ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE SI SU PREGUNTA HACE REFERENCIA AL NUMERAL 1.8 "CONTROL AUTOMÁTICO DE TODO EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.", SU CUESTIONAMIENTO ES CORRECO, Y PODRÁ OFERTAR PARA LA PARTIDA 52 "ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL" EL NUMERAL 1.8 " QUE EL EQUIPO DEBE SER TOTALMENTE AUTOMATICO", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.8 CONTROL AUTOMÁTICO DE TODO EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
442606	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 89 , 1.1.10 TECLADO	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN OXIMETRO CON BOTONES EN LUGAR DE MEMBRANA PLANA, EN EL ENTEDIDO DE QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	SE ACEPTA OFERTAR COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 1.1.10 "TECLADO PLANO DE MEMBRANA." DE LA PARTIDA 89 "OXIMETRO DE PULSO PORTATIL" LA CARACTERISTICA "CON BOTONES", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023
PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"
(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaracion	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
442616	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 60, HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD, TIPO CASCADA ELECTRONICO	RESPECTO A LO PRESENTADO EN LA FICHA TÉCNICA, SE ENTIENDE QUE LA CONVOCANTE UNICAMENTE NECESITA EL MEZCLADOR DE GASES COMO UN ACCESORIO Y NO LA TORRE DE ALTO FLUJO EN SU TOTALIDAD, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE PRECISA A LA LICITANTE QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO EN EL NUMERAL 2.1 "MEZCLADOR DE AIRE Y OXÍGENO CON FLUJÓMETRO, PARA APLICACIONES DE FLUJOS BAJOS (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO) (A SOLICITUD DE LA UNIDAD MÉDICA CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA)" ES QUE EL EQUIPO OFERTADO PUEDA SER UTILIZADO PARA APLICACIONES DE FLUJOS BAJOS, MEDIANTE UN MEZCLADOR DE AIRE Y OXÍGENO CON FLUJÓMETRO, NO SE INDICA APLICACIONES PARA ALTO FLUJO, LO ANTERIOR SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO PARA LA PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO DE CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRÓNICO, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442618	CORINDAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 52 ID 11875 CLAVE 531.385.1080.02.01 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	NUMERAL 1.15 IMPRESORA TÉRMICA INTERCONSTRUIDA AL EQUIPO, QUE REGISTRE ALFANUMÉRICAMENTE LAS ETAPAS DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN Y MENSAJES DE ERROR. Y NUMERAL 3.1 CINCO (5) ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA LA IMPRESORA INTERCONSTRUIDA. (INCLUIR MARCA Y/O NÚMERO DE PARTE). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ELIMINEN ESTOS NUMERALES YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y SIGUE CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO PARA LO CUAL ESTA DISEÑADO, ADICIONAL REDUCE EL COSTO AL INSTITUTO AL EVITAR EL CONSUMO DEL NUMERAL 3.1 ROLLOS DE PAPEL PARA LA IMPRESORA Y CONTRIBUYE A LA ECOLOGIA, PORQUE CUANDO SE ACABEN LOS 5 ROLLOS DE PAPEL SOLICITADOS, LA CONVOCANTE TENDRA QUE COMPRAR EL PAPEL POR TODA LA VIDA UTIL DEL EQUIPO PARA QUE FUNCIONE LA IMPRESORA ¿SE ACEPTA ELIMINAR ESTOS NUMERALES?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.15 "IMPRESORA TÉRMICA INTERCONSTRUIDA AL EQUIPO, QUE REGISTRE ALFANUMÉRICAMENTE LAS ETAPAS DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN Y MENSAJES DE ERROR" AL IGUAL QUE EL NUMERAL 3.1 "CINCO (5) ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA LA IMPRESORA INTERCONSTRUIDA (INCLUIR MARCA Y/O NÚMERO DE PARTE)." CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 52 "ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL." ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
442619	CORINDAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53 ID 11877 CLAVE 531.385.1122.02.01 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE SER TOTALMENTE AUTOMATICO, ESTO CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR QUE SE ESTA SOLICITANDO MEJOR TECNOLOGIA Y CALIDAD ¿ES CORRECTO?	SI SE REFIERE AL NUMERAL 1.8 "CONTROL AUTOMÁTICO DE TODO EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.", SE ACEPTA OFERTAR PARA LA PARTIDA 53 "ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA" EL NUMERAL 1.8 " QUE EL EQUIPO DEBE SER TOTALMENTE AUTOMATICO", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "CONTROL AUTOMÁTICO DE TODO EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
442620	CORINDAL SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53 ID 11877 CLAVE 531.385.1122.02.01 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	NUMERAL 1.15 IMPRESORA TÉRMICA INTERCONSTRUIDA AL EQUIPO, QUE REGISTRE ALFANUMÉRICAMENTE LAS ETAPAS DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN Y MENSAJES DE ERROR Y NUMERAL 3.1 CINCO (5) ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA LA IMPRESORA INTERCONSTRUIDA. (INCLUIR MARCA Y/O NÚMERO DE PARTE). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ELIMINEN ESTOS NUMERALES YA QUE NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y SIGUE CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO PARA LO CUAL ESTA DISEÑADO, ADICIONAL REDUCE EL COSTO AL INSTITUTO AL EVITAR EL CONSUMO DEL NUMERAL 3.1 ROLLOS DE PAPEL PARA LA IMPRESORA Y CONTRIBUYE A LA ECOLOGIA, PORQUE CUANDO SE ACABEN LOS 5 ROLLOS DE PAPEL SOLICITADOS, LA CONVOCANTE TENDRA QUE COMPRAR EL PAPEL POR TODA LA VIDA UTIL DEL EQUIPO PARA QUE FUNCIONE LA IMPRESORA ¿SE ACEPTA ELIMINAR ESTOS NUMERALES?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.15 "IMPRESORA TÉRMICA INTERCONSTRUIDA AL EQUIPO, QUE REGISTRE ALFANUMÉRICAMENTE LAS ETAPAS DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN Y MENSAJES DE ERROR." AL IGUAL QUE EL NUMERAL 3.1 "CINCO (5) ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA LA IMPRESORA INTERCONSTRUIDA. (INCLUIR MARCA Y/O NÚMERO DE PARTE)." CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 53 "ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA." ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
442646	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	TODAS LAS PARTIDAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR CON IMÁGENES EN FOLLETOS, FICHAS TÉCNICAS, CATÁLOGOS Y/O MANUALES DE LOS EQUIPOS AQUELLOS PUNTOS EN LOS QUE EL TEXTO NO SEA SUFICIENTE O NO SEA POSIBLE REFERENCIAR TEXTUALMENTE. ¿SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES?	SE ACEPTA QUE SU REPRESENTADA PRESENTE, COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, "IMÁGENES EN FOLLETOS, FICHAS TÉCNICAS, CATÁLOGOS Y/O MANUALES" DONDE SE PUEDA APRECIAR LOS PUNTOS SOLICITADOS EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULOS, TODA VEZ QUE, ACORDE A LA PRESENTE COVOCATORIA, EN EL ANEXO DOS. TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO E) FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERÁN CORRESPONDER, CON LA(S) MARCA(S) Y MODELO(S) Y/O NÚMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NÚMERO(S) DE CATÁLOGO(S) Y CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NO. 4.1 "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", TAL DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER COMPLETA Y, DEBERÁ PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL DEBERÁ PROPORCIONAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES. EN CASO DE PRESENTAR IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS, SE PRECISA QUE EL LICITANTE DEBERÁ COMPROBAR QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFÍA Y EL BIEN OFERTADO.
442647	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 7, PUNTO 1.4	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO Y MANDO DE REGULACIÓN DE VACÍO, YA QUE LO ANTERIOR FUNGE COMO PANEL DE CONTROL, YA QUE ASÍ LO EXPRESA EL FABRICANTE EN SUS CATÁLOGOS Y MANUALES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR " INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO Y MANDO DE REGULACIÓN DE VACÍO, YA QUE LO ANTERIOR FUNGE COMO PANEL DE CONTROL, YA QUE ASÍ LO EXPRESA EL FABRICANTE EN SUS CATÁLOGOS Y MANUALES", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.4 PANEL DE CONTROL PARA:" DE LA PARTIDA 7 ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442648	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 7, PUNTO 1.5	ENTENDEMOS QUE HAY UN ERROR EN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, YA QUE LOS DEPÓSITOS DEBERÍAN ESTAR GRADUADOS EN MILILITROS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS DEPÓSITOS DEBERÁN ESTAR GRADUADOS EN MILILITROS
442649	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 7, PUNTO 1.6	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA BASE RODABLE DE ALUMINIO, RECUBIERTO DE PINTURA EPOXY RAL 9022, YA QUE CUMPLE CON EL FIN SOLICITADO Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES ES SUPERIOR A LA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "BASE RODABLE DE ALUMINIO, RECUBIERTO DE PINTURA EPOXY RAL 9022" COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.6 GABINETE O BASE RODABLE INTEGRADA O INTERCONSTRUIDA, DE ACERO INOXIDABLE O DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO ABS" DE LA PARTIDA 7 ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442650	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 7, PUNTO 2.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DOS (2) TUBOS DE PVC DE 2 M DE LONGITUD, YA CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL TUBO PARA ASPIRACIÓN SOLICITADAS EN EL PUNTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LA PARTIDA 7 ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA, CON RESPECTO A LA CARACTERÍSTICA "OFERTAR TUBO DE PVC DE 2 M DE LONGITUD", TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ESTA DESCRITO EN EL NUMERAL "2.2 DOS (2) TUBOS PARA ASPIRACIÓN, DE POLIVINYL O DE LÁTEX, REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON LONGITUD DE 1.3 METROS O MAYOR", POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442651	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10, PUNTO 1.3	ENTENDEMOS QUE, AL SOLICITAR UNA CAPACIDAD DE SUCCIÓN, LA PRESIÓN MÍNIMA DEBE SER DE 600 MMHG Y UN FLUJO DE AL MENOS 25 L/MIN, ESTO EN EL ENTENDIDO DE QUE SON CARACTERÍSTICAS QUE GARANTIZAN UNA RÁPIDA Y EFECTIVA ASPIRACIÓN DEL PACIENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, SE ACEPTA OFERTAR " PRESIÓN MÍNIMA DEBE SER DE 600 MMHG Y UN FLUJO DE AL MENOS 25 L/MIN" , PARA EL NUMERAL"1.3 "CAPACIDAD DE SUCCIÓN" DE LA PARTIDA 10 EQUIPO PORTATIL ASPIRADOR PARA SUCCION RAPIDA, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaracion	Respuesta
442652	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10, PUNTO 1.4	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO Y MANDO DE REGULACIÓN DE VACÍO, YA QUE LO ANTERIOR FUNGE COMO PANEL DE CONTROL, YA QUE ASÍ LO EXPRESA EL FABRICANTE EN SUS CATÁLOGOS Y MANUALES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "UN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO Y MANDO DE REGULACIÓN DE VACÍO", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.4 PANEL DE CONTROL PARA" DE LA PARTIDA 10 EQUIPO PORTATIL ASPIRADOR PARA SUCCION RAPIDA., PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442653	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10, PUNTO 1.7	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA BASE RODABLE DE ALUMINIO, RECUBIERTO DE PINTURA EPOXY RAL 9022, YA QUE CUMPLE CON EL FIN SOLICITADO Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES ES SUPERIOR A LA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "BASE RODABLE DE ALUMINIO, RECUBIERTO DE PINTURA EPOXY RAL 9022" PARA EL NUMERAL "1.7 GABINETE O BASE RODABLE INTEGRADA O INTERCONSTRUIDA, DE ACERO INOXIDABLE O DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO ABS" DE LA PARTIDA 10 EQUIPO PORTATIL ASPIRADOR PARA SUCCION RAPIDA, CON RESPECTO A LA CARACTERÍSTICA "OFERTAR UNA BASE RODABLE DE ALUMINIO, RECUBIERTO DE PINTURA EPOXY RAL 9022", PARA SU EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442654	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10, PUNTO 3.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DOS (2) TUBOS DE PVC DE 3 M DE LONGITUD, YA CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL TUBO PARA ASPIRACIÓN SOLICITADAS EN EL PUNTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LA PARTIDA 10 EQUIPO PORTATIL ASPIRADOR PARA SUCCION RAPIDA, CON RESPECTO A LA CARACTERÍSTICA "OFERTAR DOS (2) TUBOS DE PVC DE 3 M DE LONGITUD", TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ESTA DESCRITO EN EL NUMERAL "3.3 DOS (2) TUBOS PARA ASPIRACIÓN TRANSPARENTES O DE LÁTEX, CON LONGITUD DE 2.3 METROS O MAYOR", POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442655	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 11, PUNTO 1.3	ENTENDEMOS QUE, AL SOLICITAR UNA CAPACIDAD DE SUCCIÓN, LA PRESIÓN MÍNIMA DEBE SER DE 600 MMHG Y UN FLUJO DE AL MENOS 25 L/MIN, ESTO EN EL ENTENDIDO DE QUE SON CARACTERÍSTICAS QUE GARANTIZAN UNA RÁPIDA Y EFECTIVA ASPIRACIÓN DEL PACIENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, SE ACEPTA OFERTAR " PRESIÓN MÍNIMA DEBE SER DE 600 MMHG Y UN FLUJO DE AL MENOS 25 L/MIN" , PARA EL NUMERAL"1.3 "CAPACIDAD DE SUCCIÓN" DE LA PARTIDA 11 STEMA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES , PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442656	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 11, PUNTO 1.4	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO Y MANDO DE REGULACIÓN DE VACÍO, YA QUE LO ANTERIOR FUNGE COMO PANEL DE CONTROL, YA QUE ASÍ LO EXPRESA EL FABRICANTE EN SUS CATÁLOGOS Y MANUALES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "UN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO Y MANDO DE REGULACIÓN DE VACÍO", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.4 PANEL DE CONTROL PARA" DE LA PARTIDA 11 SISTEMA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442657	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 11, PUNTO 1.7	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA BASE RODABLE DE ALUMINIO, RECUBIERTO DE PINTURA EPOXY RAL 9022, YA QUE CUMPLE CON EL FIN SOLICITADO Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES ES SUPERIOR A LA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "BASE RODABLE DE ALUMINIO, RECUBIERTO DE PINTURA EPOXY RAL 9022" PARA EL NUMERAL "1.7 GABINETE O BASE RODABLE INTEGRADA O INTERCONSTRUIDA, DE ACERO INOXIDABLE O DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO ABS" DE LA PARTIDA 11 SISTEMA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON RESPECTO A LA CARACTERÍSTICA "OFERTAR UNA BASE RODABLE DE ALUMINIO, RECUBIERTO DE PINTURA EPOXY RAL 9022", PARA SU EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442658	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 11, PUNTO 3.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DOS (2) TUBOS DE PVC DE 3 M DE LONGITUD, YA CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL TUBO PARA ASPIRACIÓN SOLICITADAS EN EL PUNTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LA PARTIDA 11 SISTEMA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON RESPECTO A LA CARACTERÍSTICA "OFERTAR DOS (2) TUBOS DE PVC DE 3 M DE LONGITUD", TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ESTA DESCRITO EN EL NUMERAL "3.3 DOS (2) TUBOS PARA ASPIRACIÓN TRANSPARENTES O DE LÁTEX, CON LONGITUD DE 2.3 METROS O MAYOR", POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023
PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"
(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
442659	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 52, PUNTO 1.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 23 A 25 LITROS +/-1 LITRO, ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA FICHA TÉCNICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE, YA QUE ESO NO AFECTA LA CAPACIDAD A LA HORA DE REALIZAR PROCEDIMIENTOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, PARA EL NUMERAL: 1.1 "ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 23 A 25 LITROS", DE LA PARTIDA 52 "ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL", LA CARACTERISTICA TECNICA "CON CAPACIDAD ÚTIL DE 23 A 25 LITROS +/-1 LITRO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
442660	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 52, PUNTO 1.15	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE OFERTAR MINI IMPRESORA EXTERNA MISMA QUE PERMITE FLEXIBILIDAD DE MANEJO PARA EL USUARIO, REALIZANDO LAS MISMAS FUNCIONES QUE LA SOLICITADA INTEGRADA PERO CON EL BENEFICIO DE QUE EL USUARIO PUEDA COLOCARLA DONDE MEJOR LE ACOMODE A LA HORA DE REALIZAR PROCEDIMIENTOS, Y EN CASO DE QUE LA IMPRESORA PRESENTE ALGÚN FALLO LE PERMITE AL EQUIPO SEGUIR OPERANDO SIN QUEDAR FUERA DE SERVICIO LO CUAL ES UNA MEJORA PARA LOS TIEMPOS EN LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN NO QUEDANDO FUERA DE SERVICIO EN CASO DE FALLA DE LA MISMA. ADICIONALMENTE EL EQUIPO CUENTA CON LA FACULTAD DE ALMACENAR Y PODER DESCARGAR LOS DATOS POR MEDIO DE PUERTO USB DE CADA UNO DE LOS CICLOS TENIENDO LA VENTAJA DE CONTAR CON ELLOS EN FORMATO DIGITAL Y SE PUEDE PRESCINDIR INCLUSO DE LA NECESIDAD DE IMPRESIÓN LO CUAL PODRÍA REPRESENTAR UN AHORRO PARA LA INSTITUCIÓN ¿SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.15 "IMPRESORA TÉRMICA INTERCONSTRUIDA AL EQUIPO, QUE REGISTRE ALFANUMÉRICAMENTE LAS ETAPAS DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN Y MENSAJES DE ERROR" CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 52 "ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
442661	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 52, PUNTO 2.1	SOLICITAMOS A CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CHAROLAS EN ALUMINIO ANODIZADO, YA QUE ES UN MATERIAL CON MAYOR COEFICIENTE TÉRMICO QUE EL ACERO INOXIDABLE, RESISTENTE QUE NO GENERA MANCHAS EN SUS SUPERFICIES NI EN LAS DEL INSTRUMENTAL Y ES DE MAYOR FACILIDAD DE LIMPIEZA QUE EL ACERO INOXIDABLE, LO CUAL ES UNA MEJORA PARA EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, PARA EL NUMERAL: 2.1 "TRES (3) CHAROLAS PERFORADAS DE ACERO INOXIDABLE 304 (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO)", DE LA PARTIDA 52 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL MAXILOFACIAL, LA CARACTERISTICA TECNICA "CHAROLAS EN ALUMINIO ANODIZADO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
442662	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53, PUNTO 1.1	SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 23 A 25 LITROS +/-1 LITRO, ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA FICHA TÉCNICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE, YA QUE ESO NO AFECTA LA CAPACIDAD A LA HORA DE REALIZAR PROCEDIMIENTOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, PARA EL NUMERAL: 1.1 "ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 23 A 25 LITROS", DE LA PARTIDA 53 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL MAXILOFACIAL, LA CARACTERISTICA TECNICA "CON CAPACIDAD ÚTIL DE 23 A 25 LITROS +/- 1 LITRO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
442663	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53, PUNTO 1.15	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE OFERTAR MINI IMPRESORA EXTERNA MISMA QUE PERMITE FLEXIBILIDAD DE MANEJO PARA EL USUARIO, REALIZANDO LAS MISMAS FUNCIONES QUE LA SOLICITADA INTEGRADA PERO CON EL BENEFICIO DE QUE EL USUARIO PUEDA COLOCARLA DONDE MEJOR LE ACOMODE A LA HORA DE REALIZAR PROCEDIMIENTOS, Y EN CASO DE QUE LA IMPRESORA PRESENTE ALGÚN FALLO LE PERMITE AL EQUIPO SEGUIR OPERANDO SIN QUEDAR FUERA DE SERVICIO LO CUAL ES UNA MEJORA PARA LOS TIEMPOS EN LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN NO QUEDANDO FUERA DE SERVICIO EN CASO DE FALLA DE LA MISMA. ADICIONALMENTE EL EQUIPO CUENTA CON LA FACULTAD DE ALMACENAR Y PODER DESCARGAR LOS DATOS POR MEDIO DE PUERTO USB DE CADA UNO DE LOS CICLOS TENIENDO LA VENTAJA DE CONTAR CON ELLOS EN FORMATO DIGITAL Y SE PUEDE PRESCINDIR INCLUSO DE LA NECESIDAD DE IMPRESIÓN LO CUAL PODRÍA REPRESENTAR UN AHORRO PARA LA INSTITUCIÓN ¿SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.15 "IMPRESORA TÉRMICA INTERCONSTRUIDA AL EQUIPO, QUE REGISTRE ALFANUMÉRICAMENTE LAS ETAPAS DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN Y MENSAJES DE ERROR." CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 53 "ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023
PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"
(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
442664	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 53, PUNTO 2.1	SOLICITAMOS A CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CHAROLAS EN ALUMINIO ANODIZADO, YA QUE ES UN MATERIAL CON MAYOR COEFICIENTE TÉRMICO QUE EL ACERO INOXIDABLE, RESISTENTE QUE NO GENERA MANCHAS EN SUS SUPERFICIES NI EN LAS DEL INSTRUMENTAL Y ES DE MAYOR FACILIDAD DE LIMPIEZA QUE EL ACERO INOXIDABLE, LO CUAL ES UNA MEJORA PARA EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, PARA EL NUMERAL: 2.1 "TRES (3) CHAROLAS PERFORADAS DE ACERO INOXIDABLE 304 (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO)", DE LA PARTIDA 53 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL MAXILOFACIAL, LA CARACTERISTICA TECNICA "CHAROLAS EN ALUMINIO ANODIZADO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
442665	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 216, PUNTO 1.3.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER CON UN RANGO DE 0° A 65°, YA QUE ESTO NO AFECTA LA FUNCIÓN DEL EQUIPO Y CUMPLE CON EL MOVIMIENTO TERAPÉUTICO SOLICITADO. ESTO SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL A LA OPCIÓN DE OFERTAR "UNA SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER CON UN RANGO DE 0° A 65°", PARA EL NUMERAL "1.3.3 SECCION DE ESPALDA O FOWLER, CON SISTEMA NEUMATICO QUE CUBRA EL RANGO DE 0° A 70° O MAYOR", YA QUE NO HACE MENCIÓN AL SISTEMA UTILIZADO POR SU EQUIPO PARA DAR LA POSICIÓN SOLICITADA. SE REITERA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CUYAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEAN IGUALES, SIMILARES, EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", LAS CUALES ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE. FAVOR DE ATENDER LAS CARACTERISTICAS DE LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442666	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 216, PUNTO 1.7.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA DISTANCIA ENTRE POSTES DE 32 CM, YA QUE ESTO NO AFECTA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CON LOS QUE FUE FABRICADO EL EQUIPO. ESTO SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SI SE REFIERE AL NUMERAL 1.7.3, NO SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCIÓN "UNA DISTANCIA ENTRE POSTES DE 32 CM" PARA EL NUMERAL 1.7.3 " CON DISTANCIA ENTRE CADA POSTE O TRAVESAÑO DEL BARANDAL" O BARANDILLA DE 12 CM. COMO MÁXIMO", PARA LA PARTIDA 216. FAVOR DE ATENDER LAS CARACTERISTICAS DE LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442667	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 216, PUNTO 1.7.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA DISTANCIA ENTRE POSTES O TRAVESAÑOS DE BARANDILLA DE 31 CM, YA QUE ESTO NO AFECTA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL EQUIPO. ESTO SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITU DE OFERTAR COMO OPCIÓN "UNA DISTANCIA ENTRE POSTES O TRAVESAÑOS DE BARANDILLA DE 31 CM", PARA EL NUMERAL 1.7.3 "CON DISTANCIA ENTRE CADA POSTE O TRAVESAÑO DEL BARANDAL O BARANDILLA DE 12 CM, COMO MÁXIMO.", FAVOR DE ATENDER LAS CARACTERISTICAS DE LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442668	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219, PUNTO 1.5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "LONGITUD TOTAL DE LA MESA CON TABLERO DE 5 SECCIONES 2115 MM ±20 MM CON SEGMENTO DE EXTENSIÓN DE MESA QUE EXTIENDE EL TABLERO DE LA MESA 260 MM", YA QUE CUMPLE CON Y SUPERA LAS MEDIDAS SOLICITADAS, SIENDO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR Y REFERENCIAR "LONGITUD TOTAL DE LA MESA CON TABLERO DE 5 SECCIONES 2115 MM ±20 MM CON SEGMENTO DE EXTENSIÓN DE MESA QUE EXTIENDE EL TABLERO DE LA MESA 260 MM", PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.5 LONGITUD TOTAL CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS DE 210 CM + 20 CM" DE LA PARTIDA 219, MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA), EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
442669	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219, PUNTO 1.10.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE COMO "SEGMENTO DE EXTENSIÓN", YA QUE SE REFIERE A LA SECCIÓN SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE REFERENCÍE "SEGMENTO DE EXTENSIÓN", PARA EL NUMERAL "1.10.2 DORSO" DE LA PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA. (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA), PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023
PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"
(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
442670	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219, PUNTO 1.10.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE COMO "FLEX/REFLEX 215°/105°", YA QUE CUMPLE CON LA POSICIÓN SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE REFERENCÍE "FLEX/REFLEX 215°/105", PARA EL NUMERAL "1.10.3 CON ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑON CON SISTEMA ARTICULAR PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA" DE LA PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA. (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA), PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
442671	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219, PUNTO 1.10.4	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE COMO "ASIENTO", YA QUE SE REFIERE A LA SECCIÓN SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE REFERENCIE "ASIENTO", PARA EL NUMERAL "1.10.4 PELVIS y" DE LA PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA. (PARA ORTOPEDÍA Y TRAUMATOLOGÍA), PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442672	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219, PUNTO 1.12.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE PUNTO DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE COMO "INCLINACIÓN DEL RESPALDO". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE REFERENCÍE "INCLINACIÓN DEL RESPALDO", PARA EL NUMERAL "1.12.2 INCLINACIÓN DEL RESPALDO, PARA DAR POSICIÓN DE FOWLER O SEMIFOWLER, DE -35° / +70° O MAYOR" DE LA PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA. (PARA ORTOPEDÍA Y TRAUMATOLOGÍA), PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442673	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219, PUNTO 1.12.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE COMO "FLEX/REFLEX 215°/105°", YA QUE CUMPLE CON LA POSICIÓN SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE REFERENCÍE "FLEX/REFLEX 215°/105", PARA EL NUMERAL "1.12.3 QUE PERMITA DAR POSICIÓN DE KRASKE O DE NAVAJA SEVILLANA" DE LA PARTIDALER, DE -35° / +70° O MAYOR" DE LA PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA. (PARA ORTOPEDÍA Y TRAUMATOLOGÍA), PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442674	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219, PUNTO 2.1.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE COMO: SOPORTE DE BRAZO CON ALMOHADILLA CON AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE ANGULAR, VERTICAL Y HORIZONTAL, PARA CUMPLIR CON LAS POSICIONES SOLICITADAS, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE REFERENCÍE "SOPORTE DE BRAZO CON ALMOHADILLA CON AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE ANGULAR, VERTICAL Y HORIZONTAL", PARA EL NUMERAL "2.1.3 SOPORTE ACOJINADO PARA BRAZO CON FIJADOR (2 PIEZAS). AL MENOS UNO DE ELLOS PARA BRINDAR APOYO EN LAS POSICIONES DECÚBITO LATERAL O SIMS (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO)" DE LA PARTIDA 219 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA. (PARA ORTOPEDÍA Y TRAUMATOLOGÍA), PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442675	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO DOS, INCISO D), NUMERAL 3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE PARA QUE PARTIDAS SOLICITA LA CARTA DEL FABRICANTE EN LA QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR LA NORMA NOM-229-SSA1-2002. NOS PUEDE ACLARAR POR FAVOR.	PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO SE SOLICITA LA CARTA DEL FABRICANTE EN LA QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR LA NORMA NOM-229-SSA1-2002.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023
PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"
(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
442683	GRUPO RAVER APLICACIONES SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.4 GUIA DE DISTRIBUCION	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE DE ACUERDO AL ANEXO NO. 3.4 GUIA DE DISTRIBUCION ACLARAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS REFERENTES A LAS PARTIDAS 55 Y 114 1) EL ACCESO PARA EL EQUIPO ES EN PLANTA BAJA O EN ALGUN NIVEL? 2) EL ESPACIO DONDE ESTARAN ONSTALADOS ESTA ACONDICIONADO PARA USO DE LABORATORIO 3) QUE DIMENSIONES TIENEN LAS PUERTAS Y EL ESPACIO DESIGNADO PARA MANIOBRAS CON EL EQUIPO? 4) CUAL ES EL TIPO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA? 5) SE CUENTA CON EL ESPACIO SUFICIENTE PARA CAMPANAS DE CAPACIDAD DE CUATRO PIES?	EL ACCESO ES DESDE PLANTA BAJA PARA LO CUAL SE HACE ENTREGA DE CD, CON 29 PLANOS, COMO SE ENLISTA: HOSPITAL: H.G.R. 260 CAMAS, CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, 4 PLANOS: A.AG0.1 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL PLANTA BAJA, A.AG1.2 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL PRIMER NIVEL, A.AG2.3 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL SEGUNDO NIVEL, A.AG3-7.4 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL TERCER A SÉPTIMO NIVEL. HOSPITAL: H.G.R. 216 CAMAS, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, 5 PLANOS: AQG-00 PLANTA BAJA ARQUITECTÓNICA. ETAPA 1, AQG-01 PLANTA PRIMER NIVEL ARQUITECTÓNICA. ETAPA 1, AQG-02 PLANTA SEGUNDO NIVEL ARQUITECTÓNICA. ETAPA 1, AQC-01 PLANTA DE CONJUNTO. ETAPA 1, PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CONJUNTO. ETAPA 1. HOSPITAL: H.G.R. 180 CAMAS "ZARAGOZA", ALCALDIA IZTAPALAPA, CDMX, 6 PLANOS: A-AQ-PB-03 ARQUITECTÓNICA PLANTA BAJA, A-AQ-N1-04, ARQUITECTÓNICA PLANTA PRIMER NIVEL, A-AQ-N2-05, ARQUITECTÓNICA PLANTA SEGUNDO NIVEL, A-AQ-N3-06 ARQUITECTÓNICA PLANTA TERCER NIVEL, A-AQ-S1-01 ARQUITECTÓNICA PLANTA SÓTANO 1, A-AQ-S2-02 ARQUITECTÓNICA PLANTA SÓTANO 2 HOSPITAL: H.G.Z. 90 CAMAS, NAVOJOA, SONORA, 4 PLANOS: A-ACJ-01 PLANTA BAJA DE CONJUNTO, A-AQG-01 PLANTA BAJA GENERAL, A-AQG-02 PLANTA GENERAL 1ER NIVEL, A-AQG-03 PLANTA GENERAL 2DO NIVEL. HOSPITAL: H.G.Z. 180 CAMAS, SAN ALEJANDRO, PUEBLA, 5 PLANOS: AQ-PB PLANTA BAJA DE CONJUNTO, AQ-N1 PLANTA PRIMER NIVEL, AQ-N2 PLANTA SEGUNDO NIVEL, AQ-N3 PLANTA TERCER NIVEL, AQ-N4 PLANTA CUARTO NIVEL HOSPITAL: H.G.Z. 70 CAMAS, TICUL, YUCATÁN, 2 PLANOS: AQG 01 PLANTA BAJA ARQUITECTÓNICA GENERAL, AQG-02 PLANTA PRIMER NIVEL ARQUITECTÓNICA GENERAL HOSPITAL: H.G.Z. 190 CAMAS, TUXTLA, CHIAPAS, 3 PLANOS: A-AG-00-0 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL PLANTA BAJA, A-AG-01 01 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL PRIMER NIVEL, A-AG-02-01 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL SEGUNDO NIVEL SE PUEDE OBSERVAR QUE LOS ESPACIOS ESTAN PROYECTADOS PARA USO DE LABORATORIO, QUE LAS DIMENSIONES SON LAS ADECUADAS PARA MANIOBRAR EQUIPOS Y SE CUENTA CON ESPACIO SUFICIENTE PARA LAS CAMPANAS. EL SUMINISTRO DE LA ENERGIA ELECTRICA ES LA REQUERIDA PARA LOS EQUIPOS Y LAS CARGAS ESTAN CONSIDERADAS EN LOS TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS
442685	GRUPO RAVER APLICACIONES SA DE CV	OTROS	TIEMPO DE ENTEGA DE LOS BIENES	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE ACLARAR EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES UNA VES ADJUDICADA LAS PARTIDAS	EL PLAZO DE ENTREGA PARA TODAS LAS PARTIDAS RELACIONADAS EN EL ANEXO 3.2 RELACION Y CANTIDAD DE BIENES SERA DE 120 DIAS NATURALES, LOS CUALES SERAN CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE NATURAL DE LA NOTIFICACION DEL ANEXO 4.9 ORDEN DE SUMINISTRO QUE REALICE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO AL LICITANTE ADJUDICADO, DICHA NOTIFICACION PODRA REALIZARLA EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA NATURAL SIGUIENTE ALINICIO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (2 DE ENERO DE 2024) Y HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024.
442687	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 513.621.2429.01.01 MESA UNIVERSAL DE	PUNTO DE LA CÉDULA:1.3 SUPONEMOS QUE LA ESTRUCTURA Y LARGUEROS DEBERÁN DE SER TUBULAR CUADRADO. ¿ES CORRECTO?	SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA ESTRUCTURA DE LA MESA DE EXPLORACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS LARGUEROS Y TRAVESAÑOS DEBERÁN SER TUBULARES CUADRADOS.
442688	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 CLAVE 513-621- 2429-01-01 MESA UNIVERSAL DE EXPLORACION	PUNTO DE LA CÉDULA 1.3-PARA EL NUMERAL 1.3 ESTRUCTURA (LARGUEROS Y TRAVESAÑOS), SUPONEMOS QUE EL CALIBRE REQUERIDO ES 16, DADO QUE NO EXISTE RELACIÓN CON LAS MEDIDAS EN MILÍMETROS Y PULGADAS ESPECIFICADAS EN EL MISMO NUMERAL. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA MESA DEBE ESTAR CONSTRUIDA CON PERFIL DE LÁMINA DE ACERO AL CARBONO CON CALIBRE 16 Y LOS TUBOS DE LOS LARGUEROS Y TRAVESAÑOS DBEN SER DE AL MENOS 38.1 MM DE LARGO X 38.1 MM DE ANCHO X 3.1 MM DE ESPESOR ((1 1/2" X 1 1/2" X 1/8")). FAVOR DE ATENDER LA PRECISIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO.
442689	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 CLAVE 513-621- 2429-01-01 MESA UNIVERSAL DE EXPLORACION	UNTO DE LA CÉDULA: 1.10 ¿SUPONEMOS QUE EL ESCALÓN DEBERÁ CUBRIR EL ANCHO DE LAS PATAS DE LA MESA, ES CORRECTO	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL ESCALÓN NO "DEBERÁ CUBRIR EL ANCHO DE LAS PATAS DE LA MESA", SIN EMBARGO, SE ACEPTA OFERTAR UNA MESA DE EXPLORACIÓN CUYO ESCALÓN CUBRA E LANCHO DE LAS PATAS DE ESTA, PARA EL NUMERAL"1.10 ESCALÓN FRONTAL, DESLIZABLE INTEGRADO, CON ANCHO ÚTIL NO MENOR A 27 CMN, CON BORDES REDONDEADOS PARA MAYOR SEGURIDAD" DE LA PARTIDA 1 MESA UNIVERSAL DE EXPLORACIÓN, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442690	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 CLAVE 513-621- 2429-01-01	PUNTO DE LA CÉDULA: 1.7.1 ¿LA ALTA DENSIDAD SE REFIERE A UNA CAPA DE AL MENOS 4 CM CON UNA DENSIDAD MÍNIMA DE 50KG/M3 PEGADA A UNA SEGUNDA CAPA DE POLIURETANO CON MENOR DENSIDAD, PARA QUE ENTRE AMBAS DEN UNA SENSACIÓN SUPERFICIAL DE SUAVIDAD Y DE FIRMEZA EN LO PROFUNDO? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE EXPLICAR EL TÉRMINO ALTA DENSIDAD.	SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE LA CONVOCANTE CONSIDERA QUE UN COLCHÓN DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD PARA USO HOSPITALARIO TIENE UNA DENSIDAD SUPERIOR A 40 KG/M3, UNA DENSIDAD MÁS ALTA BRINDA MAYOR FIRMEZA Y DURABILIDAD, MIENTRAS QUE UNA DENSIDAD MÁS BAJA OFRECE MAYOR SUAVIDAD Y CONFORT.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
442691	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 CLAVE 513-621- 2429-01-01	UNTO DE LA CÉDULA: 2.7 SUPONEMOS QUE EL INSTITUTO REQUIERE NIVELADORES DE TORNILLO, PUESTO QUE SIRVEN PARA NIVELAR LAS PATAS Y PARA EVITAR INESTABILIDAD Y QUE LA MESA "COJEE", ¿ES CORRECTO? LO ANTERIOR DADO QUE LOS REGATONES CORRESPONDEN A UNA FUNDA DE HULE QUE RODEA EL TUBULAR.	SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE LA CONVOCANTE REQUIERE PARA EL NUMERAL 2.7 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO "NIVELADORES O REGATONES DE ALUMINIO MACISZO CON RECUBRIMIENTO PLÁSTICO O HULE EN LAS CUATRO PATAS", DICHAS PIEZAS DEBEN PODER NIVELAR Y EVITAR EL DESPLAZAMIENTO DE LA MESA, POR LO QUE EN CASO DE QUE SU REPRESENTADA PRETENDA OFERTAR NIVELADORES DE TORNILLO, ÉSTOS PODRAN SER OFERTADOS PARA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE TODA VEZ QUE PERMITIRÁN NIVELAR Y EVITAR EL DESPLAZAMIENTO DE LA MISMA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL CITADO NUMERAL 2.7, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442692	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 CLAVE 513-621- 2429-01-01	PUNTO DE LA CÉDULA:1.3.1 ¿SUPONEMOS QUE EL ENTREPAÑO DEBE IR JUSTO POR ENCIMA DE LA PARTE SUPERIOR DEL ESCALÓN, ES CORRECTO? EN CASO CONTRARIO ¿A CUÁNTOS CENTÍMETROS DEL PISO DEBE COLOCARSE ESTE ENTREPAÑO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN CON RESPECTO A "SUPONER QUE EL ENTREPAÑO DEBE IR JUSTO POR ENCIMA DE LA PARTE SUPERIOR DEL ESCALÓN", SIN EMBARGO, LA LICITANTE PODRÁ OFERTAR "ENTREPAÑO DEBE IR JUSTO POR ENCIMA DE LA PARTE SUPERIOR DEL ESCALÓN" DE LA PARTIDA 1 MESA UNIVERSAL DE EXPLORACIÓN, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442700	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 77 PUNTO 1.2	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUAL SERÁ LA MAGNIFICACIÓN CORRECTA A OFERTAR 3.5X, 4.0X, 4.3X, 4.5X O 5X . YA QUE LAS MAGNIFICACIONES SON FIJAS POR LUPA CON DISTANCIA DE TRABAJO VARIABLE DEPENDIENDO LA MAGNIFICACIÓN. FAVOR DE ACLARAR	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE LA MAGNIFICACION SOLICITADA PARA LA PARTIDA 77 LUPAS, PARA EL NUMERAL 1.2 "TRES POR DIAMETRO"LAS MAGNIFICACIONES CORRECTAS SON 3.5X, 4.0X Y 5X.
442701	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 135 PUNTO 1.13	CUBIERTA CONTRA POLVO; AL SER UN EQUIPO DEDICADO A TRANSOPERATORIOS, QUE PODRÍAN SURGIR EN CUALQUIER MOMENTO DERIVADOS DE UNA CIRUGÍA (PROGRAMADA O DE EMERGENCIA) EL EQUIPO DEBE PERMANECER ENCENDIDO 24H/7D, YA QUE DE NOS ASÍ LA CRIO CÁMARA Y TODOS SUS COMPONENTES INTERNOS DEMORARAN DE 20 A 30 MIN EN ALCANZAR LA TEMPERATURA OPTIMA DE TRABAJO EN CONGELACIÓN Y MUCHAS VECES NO ES POSIBLE ESPERAR ESTE PERIODO DE TIEMPO POR QUE EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN CIRUGÍA ESPERANDO EL RESULTADO DEL TRANSOPERATORIO. POR ESTA RAZÓN LOS EQUIPOS DE RED FRÍA ESTÁN IMPOSIBILITADOS A CUBRIRSE, YA QUE ESTO OBSTRUYE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE AIRE SOBRECALENTANDO EL SISTEMA, EVITANDO QUE SE LLEGUE A LAS TEMPERATURAS DESEADAS DE TRABAJO Y FINALMENTE TERMINARA DAÑÁNDOLO; POR ESTA RAZÓN NO SE FABRICAN FUNDAS PARA ESTE TIPO DE SISTEMAS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NO SOLICITAR ESTE PUNTO PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DEL PACIENTE, DEL EQUIPO Y DE SU BUEN FUNCIONAMIENTO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.13 CUBIERTA CONTRA POLVO, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 135 MICRÓTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO,LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
442702	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 135 PUNTO 2.1	CINCO (5) PIEZAS DE MANGOS. (INDICAR MARCA Y NÚMERO DE PARTE), SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DESCRIBIR EL USO Y FUNCIÓN DE DICHO ACCESORIO, ESTO CON EL FIN DE PODER SUMINISTRAR EL ACCESORIO O REFACCIÓN ADECUADA. FAVOR DE ACLARAR	FAVOR DE REMITIRSE A LA PRECISIÓN NO. 5

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023
PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"
(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaracion	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
442703	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 136 PUNTO 1.3.2	DOS (2) BAÑOS DE PARAFINA CON CUBIERTA DE TEFLÓN CON POSIBILIDAD DE APLICAR UN TERCERO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTA CARACTERÍSTICA ESTA A UNO DE ESTOS DOS PUNTOS. FAVOR DE ACLARAR 1.- EL TERCER BAÑO DE PARAFINA ESTA DESTINADO A TRABAJAR CON UNA DOBLE CANASTILLA, ES DECIR 2 CANASTILLAS DE MANERA SIMULTANEA DEL MISMO O DIFERENTES TAMAÑOS, YA QUE PARA ESTE FIN DEBE DE INCLUIRSE CON EL EQUIPO UN SOPORTE PARA QUE LA SEGUNDA CANASTILLA PUEDA "COLGARSE" EN UNA POSICIÓN POSTERIOR A LA CANASTILLA NO1 Y QUE LA TRASLADE A TRAVÉS DEL MISMO RECORRIDO DE LA CANASTILLA NO1 DANDO LA CARACTERÍSTICA DE "DOBLE CARGA" AL EQUIPO, EN ALGUNOS FABRICANTES LLEGANDO A MÁS DE 220 MUESTRAS POR CARGA BRINDANDO LA VERSATILIDAD DE TRABAJAR EL DOBLE SIN TENER QUE RECURRIR A LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO ADICIONAL, EL ESPACIO QUE REQUIERE O SUS REACTIVOS. 2.- EL TERCER BAÑO DE PARAFINA SE PUEDE CONECTAR AL EQUIPO SIN LA POSIBILIDAD DE QUE SE BRINDE LA CARACTERÍSTICA DE DOBLE CARGA, ÚNICAMENTE SERIA UN 3ER PASO POR PARAFINA PARA LAS MUESTRAS ELIMINANDO UN PASO DE SOLVENTE.	SE PRECISA QUE PARA EL NUMERAL 1.3.2 DOS (2) BAÑOS DE PARAFINA CON CUBIERTA DE TEFLÓN CON POSIBILIDAD DE APLICAR UN TERCERO. DE LA PARTIDA 136 PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS, SE REQUIERE QUE EL EQUIPO CUENTE SOLO LA POSIBILIDAD DE APLICAR UN TERCERO. SE ACEPTA COMO OPCIÓN EL TERCER BAÑO DE PARAFINA DESTINADO A TRABAJAR CON UNA DOBLE CANASTILLA, ES DECIR 2 CANASTILLAS DE MANERA SIMULTANEA DEL MISMO O DIFERENTES TAMAÑOS, YA QUE PARA ESTE FIN DEBE DE INCLUIRSE CON EL EQUIPO UN SOPORTE PARA QUE LA SEGUNDA CANASTILLA PUEDA "COLGARSE" EN UNA POSICIÓN POSTERIOR A LA CANASTILLA NO1 Y QUE LA TRASLADE A TRAVÉS DEL MISMO RECORRIDO DE LA CANASTILLA NO1 DANDO LA CARACTERÍSTICA DE "DOBLE CARGA" AL EQUIPO O EL TERCER BAÑO DE PARAFINA SE PUEDE CONECTAR AL EQUIPO SIN LA POSIBILIDAD DE QUE SE BRINDE LA CARACTERÍSTICA DE DOBLE CARGA, ÚNICAMENTE SERIA UN 3ER PASO POR PARAFINA PARA LAS MUESTRAS ELIMINANDO UN PASO DE SOLVENTE. SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
442704	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 136 PUNTO 1.3.1	10 DIEZ (10) CONTENEDORES DE MELAMINA O ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE RESISTENTES A SOLVENTES, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR TAMBIÉN CONTENEDORES DE DE POM (POLIOXIMETILENO, ACETAL O POLIACETAL) AL SER UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA MELANINA EN UNA MÁS ALTA RESISTENCIA A SOLVENTES, GOLPES Y TEMPERATURA ADEMÁS DE CONTAR CON UNA DURACIÓN SUPERIOR AL DE MATERIALES MÁS ECONÓMICOS COMO LA MELANINA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.3.1 DIEZ (10) CONTENEDORES DE MELAMINA O ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE RESISTENTES A SOLVENTES, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 136 PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS, LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
442705	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 136 PUNTO 2.1	TRES (3) PIEZAS DE CONTENEDORES DE MELAMINA O ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE RESISTENTES A SOLVENTES PARA SOLUCIONES ADICIONAL. (INDICAR MARCA Y NÚMERO DE PARTE).SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR TAMBIÉN CONTENEDORES DE DE POM (POLIOXIMETILENO, ACETAL O POLIACETAL) AL SER UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA MELANINA EN UNA MÁS ALTA RESISTENCIA A SOLVENTES, GOLPES Y TEMPERATURA ADEMÁS DE CONTAR CON UNA DURACIÓN SUPERIOR AL DE MATERIALES MÁS ECONÓMICOS COMO LA MELANINA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 2.1 TRES (3) PIEZAS DE CONTENEDORES DE MELAMINA O ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE RESISTENTES A SOLVENTES PARA SOLUCIONES ADICIONAL. (INDICAR MARCA Y NÚMERO DE PARTE)., CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 136 PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS, LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
442706	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 142 PUNTO 2 Y 2.1	NO BREAK DE AL MENOS 15 MINUTOS DE RESPALDO (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR UN NO BRAKE INTER CONSTRUIDO (PERTENECIENTE A LA MARCA Y MODELO OFERTADO) QUE PERMITE UN TIEMPO DE RESPALDO DE 4HRS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL: 2.1 NO BREAK DE AL MENOS 15 MINUTOS DE RESPALDO (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO), PARA LA PARTIDA: 142 TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA.", LA CARACTERISTICA: "NO BRAKE INTER CONSTRUIDO (PERTENECIENTE A LA MARCA Y MODELO OFERTADO) QUE PERMITE UN TIEMPO DE RESPALDO DE 4HRS", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023
PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"
(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
442707	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 141 PUNTO 2 SUBPUNTO 2.1 AL 2.1.5	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER OFERTAR UN RANGO DE +/- 2MM PARA TODOS LOS PARÁMETROS EN VIRTUD DE PODER OFRECER UNA GAMAS MÁS AMPLIA DE MOLDES AL ÁREA USUARIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA LOS NUMERALES: 2 ACCESORIOS: 2.1 AL MENOS DIEZ (10) MOLDES METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE. DE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS: 2.1.1 DE: 7 X 7 X 5 MM O 7 X 7 X 6 MM. (INDICAR MARCA Y NÚMERO DE PARTE). 2.1.2 DE: 10 X 10 X 5 MM O 10 X 10 X 6 MM. (INDICAR MARCA Y NÚMERO DE PARTE). 2.1.3 DE: 15 X 15 X 5 MM O 15 X 15 X 6 MM. (INDICAR MARCA Y NÚMERO DE PARTE). 2.1.4 DE: 24 X 24 X 5MMO24X24X6 MM. (INDICAR MARCA Y NÚMERO DE PARTE). 2.1.5 DE: 30 X 24 X 6 MM O 30 X 24 X 9 MM. (INDICAR MARCA Y NÚMERO DE PARTE):, PARA LA PARTIDA: 141 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA. LA CARACTERISTICA: "PODER OFERTAR UN RANGO DE +/- 2MM ", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
442708	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO DOS, TERMINOS Y CONDICIONES, INCISO O) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	DEBIDO A QUE MI REPRESENTANDA YA CUENTA CON UNA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PODREMOS PRESENTAR POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL GLOBAL, CON UN MONTO MAYOR AL SOLICITADO ¿SE ACEPTA'	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SU PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL GLOBAL CUBRA LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ANEXOS DOS TERMINOS Y CONDICIONES, INCISO O).
442709	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4.1. DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA, INCISO B	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL ANEXO 3 DEBERÁ SER VERIFICADO CONJUNTO CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD QUE EL FABRICANTE OTORGA AL LICITANTE. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DE ACUERDO AL NUMERAL 4.1. DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA SUBNUMERAL: 4.1.1. DOCUMENTOS QUE AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y CUYO INCUMPLIMIENTO U OMISIÓN MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO INCISO: B. ESCRITO PARA LA MANIFESTACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES TRATÁNDOSE DE LICITANTES QUE OFERTEN BIENES DE ORIGEN NACIONAL QUE CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I DE LA LAASSP, DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL CUAL ASÍ LO MANIFIESTEN CONFORME AL FORMATO 2 (EL ESCRITO SERÁ SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE Y PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL MISMO); O EN CASO DE QUE LOS BIENES CUMPLAN CON EL ORIGEN NACIONAL CONFORME A LAS REGLAS DE ORIGEN CORRESPONDIENTES A LOS CAPÍTULOS DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL CUAL ASÍ LO MANIFIESTEN CONFORME AL FORMATO 2A (EL ESCRITO SERÁ SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE Y PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL MISMO), LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 5.2.1. PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADAS EN EL DOF EL 28 DE DICIEMBRE DE 2010. LOS LICITANTES QUE OFERTEN BIENES DE IMPORTACIÓN DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTANDO QUE CUMPLEN CON LAS REGLAS DE ORIGEN ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO DEL TRATADO QUE CORRESPONDA, CONFORME AL FORMATO 3 (EL ESCRITO SERÁ SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE Y PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL MISMO); LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 5.2.2. PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADAS EN EL DOF EL 28 DE DICIEMBRE DE 2010. POR LO ANTERIOR SE VERIFICARA LA CONGRUENCIA DEL PAÍS DE ORIGEN DEL (LOS) BIEN(ES), ENTRE LA INFORMACIÓN DEL DOMICILIO DEL FABRICANTE QUE SEÑALE(N) EN LAS LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE ENVÍEN LOS LICITANTES COMO SUSTENTO DE SU OFERTA TÉCNICA ENUNCIADA EN LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS Y EL MANIFESTADO EN EL ESCRITO DE LOS FORMATOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA CON FORME A LO SOLICITADO EN EL ANEXO DOS. TÉRMINOS Y CONDICIONES, INCISO D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR. PARA VERIFICAR EL PAÍS DE ORIGEN DEL(LOS) BIEN(ES). ENTRE LA INFORMACIÓN DEL DOMICILIO DEL FABRICANTE QUE SEÑALE(N) EN LAS LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE ENVÍEN LOS LICITANTES COMO SUSTENTO DE SU OFERTA TÉCNICA ENUNCIADA EN LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS Y EL MANIFESTADO EN EL ESCRITO DE LOS FORMATOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA
442710	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NO. 3.4	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PUEDA PROPORCIONAR EL LISTADO DE LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO CON DATOS DE CONTACTO (NOMRE, MAIL, TELEFONO) PARA CADA UNO DE LOS LUGARES DE ENTREGA.	SE ADJUNTA AL PRESENTE EL LISTADO Y DATOS DE CONTACTO DE LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO, FAVOR DE REFERIRSE A LA PRESICIÓN NO. 10

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
442711	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO UNO. ANEXO TÉCNICO, INCISO E)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE DAR GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, NOS ACLARE QUE SE DEBERÁN PRESENTAR CUANDO MENOS 3 CERTIFICADOS DE CALIDAD PARA ASEGURAR EL ORIGEN DE LOS BIENES Y CUMPLIMIENTO ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, EN EL INCISO ANEXO UNO. ANEXO TECNICO, "PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO) SE ESTABLECE LO SIGUIENTE: ... E) NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL, NORMA DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES: PARA TODAS LAS PARTIDAS DE EQUIPO MÉDICO SE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD: • ISO-9001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD VIGENTE, O, • ISO-13485:2016 PRODUCTOS SANITARIOS GESTIÓN DE LA CALIDAD VIGENTE, O, • NORMA INDUSTRIAL DE JAPÓN (JIS) VIGENTE, O, • PROGRAMA DE AUDITORÍA ÚNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (MDSAP) VIGENTE, O, • REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTO SANITARIO MDR 2017-745, VIGENTE. PARA TODAS LAS PARTIDAS SE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES DE CALIDAD: ISO-9001:2015 SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD VIGENTE, O, ISO-13485:2016 PRODUCTOS SANITARIOS GESTION DE LA CALIDAD VIGENTE, O, NORMA INDUSTRIAL DE JAPON (JIS) VIGENTE, O, PROGRAMA DE AUDITORIA UNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS (MDSAP) VIGENTE, O, REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTO SANITARIO MDR 2017-745, VIGENTE. SE ACEPTA COMO OPCIÓN "PRESENTAR CUANDO MENOS 3 CERTIFICADOS DE CALIDAD PARA ASEGURAR EL ORIGEN DE LOS BIENES", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL, NORMA DE REFERENCIA O ESPECIFICACION TECNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
442721	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 CLAVE 513-621- 2429-01-01	EL NUMERAL 4.1 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, ESPECIFICA QUE EL BIEN NO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ENTENDEMOS QUE ESTA CONDICIÓN AFECTA A CUALQUIER ANEXO DE LA CONVOCATORIA YA SEA EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA, EN LA ENTREGA Y EN LA GARANTÍA DE LA CITADA MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN, ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE REMITIRSE AL ANEXO NO. 3.3 REQUISITOS PARA LOS BIENES, YA QUE DICHOS BIENES SI CONSIDERAN CALENDARIO DE MANTENIMIENTO
442733	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 CLAVE 513-621- 2429-01-01	PUNTO DE LA CÉDULA: 3. CONSUMIBLES. LA MEDIDA COMERCIAL DEL ROLLO DE PAPEL KRAFT ES DE 45 CM X 68M, ¿SE ACEPTA, OFERTAR, REFERENCIAR ROLLO CON ESTAS DIMENSIONES?	SE ACEPTA OFERTAR " ROLLO DE PAPEL KRAFT ES DE 45 CM X 68M", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "3.1 TRES (3) ROLLOS DE PAPEL KRAFT DE 60 CM DE ANCHO, MEDIANO DE 50 M DE LARGO" DE LA PARTIDA 3 MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442734	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 CLAVE 513-621- 2429-01-01	PUNTO DE LA CÉDULA: 2.1 SUPONEMOS QUE LA CONVOCANTE NO REQUIERE UNA CHAROLA COMO ACCESORIO QUE NO CUMPLA UNA FUNCIÓN ESPECÍFICA CON LA MESA. ¿CUÁL DEBE SER LA UBICACIÓN Y USO DE ESTA CHAROLA?	SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE LA UBICACIÓN DE LA CHAROLA SOLICITADA EN EL NUMERAL 2.1 "CHAROLA RECOLECTORA DE LÍQUIDOS EN ACERO INOXIDABLE AISI-304. CALIBRE 24 ACABADO PULIDO" DEBE ESTAR ENLA ZONA PÉLVICA JUSTO EN MEDIO DE LA PIERNAS, TODA VEZ QUE SU USO ESTÁ DESTINADO A LA RECOLECCIÓN DE LÍQUIDOS O FLUIDOS DERIVADOS DE UNA REVISIÓN GINECOLÓGICA. LA CHAROLA A OFERTAR DEBE DE CUMPLIR CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA CORRESPONDIENTE CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO.
442735	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 513.621.2429.01.01 MESA UNIVERSAL DE EXPLORACIÓN	PUNTO DE LA CÉDULA: 2.2 EN EL PUNTO 2.2 DE DESCRIBE LA APERTURA EN ENTRE TALONERAS DE AL MENOS 80 CM, SOLICITAMOS SE ESPECIFIQUE LA DISTANCIA ENTRE EL FINAL DE LA SECCIÓN PÉLVICA Y LA POSICIÓN DEL TALÓN CUANDO SE ALCANCE LA APERTURA DESCRITA, DISTANCIA QUE SE VERÁ REFLEJADA EN UNA CORRECTA POSICIÓN PARA LA EXAMINACIÓN DE LA PACIENTE.	SE PRECISA A LA LICITANTE QUE LA APERTURA DE LAS TALONERAS DEBE SER DE AL MENOS 80 CM, LA DISTANCIA ENTRE EL FINAL DE LA SECCIÓN PÉLVICA Y LA POSICIÓN DEL TALÓN NO PUEDE SER DETERMINADA DE MANERA ESPECÍFICA TODA VEZ QUE PODRÍA VARIAR ACORDE A LAS DIMENSIONES DE LA MESA UNIVERSAL DE EXPLORACIÓN OFERTADA, POR LO QUE SE DEBE PERMITIR POSICIONAR LAS PIERNAS DE LA PACIENTE DE MANERA ADECUADA Y PERMITIENDO LA POSICIÓN GINECOLÓGICA PARA LA EXAMINACIÓN DE LA PACIENTE.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
442831	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 22, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL. PUNTO 1.2.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE OFERTAR UN BRAZALETE UNIVERSAL PARA NIÑOS, ADULTOS Y ADULTOS OBESOS, YA QUE CON ESTE BRAZALETE SE PODRAN OMITIR LOS PUNTOS 1.2.3.1 Y 1.2.3.2, REDUCIENDO EL COSTO ECONOMICO EN BENEFICIO DEL INSTITUTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LO QUE EL INSTITUTO REQUIERE PARA LOS NUMERALES 1.2.3.1 "UN (1) BRAZALETE PARA PACIENTE ADULTO CON RANGO DE 29 A 42 CM" Y 1.2.3.2 "UN (1) BRAZALETE PARA PACIENTE PEDIÁTRICO CON RANGO DE 20 A 29 CM" SE REFIERE A QUE EL EQUIPO A OFERTAR CUENTE CON BRAZALETES INDEPENDIENTES PARA PACIENTES ADULTO Y PEDIÁTRICO. LO ANTERIOR SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO PARA LA PARTIDA 22 ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442832	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 22, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL. PUNTO 2.1.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SEA OPCIONAL OFERATAR LA BASE RODABLE, YA QUE ESTO ELEVA CONSIDERABLEMENTE EL COSTO DEL EQUIPO Y NO AFECTA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 2.1 BASE CON RUEDAS PARA SU TRANSPORTACIÓN DE LA PARTIDA 22 ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL, ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO.
442833	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 45, ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. PUNTO 1.10.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE UN PESO MAXIMO DE 135 GRAMOS, YA QUE ESTO NO ES NINGUN INCONVENIENTE PARA EL BUEN FUNCIONAMINETO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "PESO MAXIMO DE 135 GRAMOS", PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.10 PESO MAXIMO DEL ESTETOSCOPIO 115 GRAMOS, PARA ACOMODAR FACILMENTE EN LA BATA O ALREDEDOR DEL CUELLO" DE LA PARTIDA 45 ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LO DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442834	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 47, ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. PUNTO 1.1.6.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE OFERARTAR TUBO SENCILLO, YA QUE ESTO NO AFECTA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE LA CARACTERÍSTICAS TÉCNICA "TUBO SENCILLO", PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, SIEMPRE QUE CUMPLA CON LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA "1.1.6 CON TUBO BINAURAL FLEXIBLE" DE LA PARTIDA 47 ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LO DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442835	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 47, ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. PUNTO 1.1.8.	DE ACUERDO A LA CLAVE DE CUADRO BASICO DEBERA DE SER CAPSULA SENCILLA POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR DE DESTA FORMA.	ES CORRECTA SU APRECIACION. LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE PARA LA PARTIDA 47 ES ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA, POR LO QUE SE DEBERÁ OFERTAR UN BIEN QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". LO CUAL SERÁ SUJETO A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
442836	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 47. ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. PUNTO 1.1.10.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE UNA CARTA EMITIDA POR DEL FABRICANTE, EN LA CUAL SE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE CUMPLE CON LOS PARAMETROS DE LAS FRECUENCIAS SOLICITADAS. ¿ SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD CON RESPECTO A ENTREGAR "CARTA EMITIDA POR DEL FABRICANTE, EN LA CUAL SE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE CUMPLE CON LOS PARAMETROS DE LAS FRECUENCIAS SOLICITADAS..", FAVOR DE ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO" Y LA PRESENTE COVOCATORIA, EN EL ANEXO DOS. TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO E) FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERÁN CORRESPONDER, CON LA(S) MARCA(S) Y MODELO(S) Y/O NÚMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NÚMERO(S) DE CATÁLOGO(S) Y CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NO. 4.1 "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", TAL DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER COMPLETA Y, DEBERÁ PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL DEBERÁ PROPORCIONAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES. EN CASO DE PRESENTAR IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS, SE PRECISA QUE EL LICITANTE DEBERÁ COMPROBAR QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFÍA Y EL BIEN OFERTADO.
442837	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 47. ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. PUNTO 1.1.11.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE UN PESO MÁXIMO DE 135 GRAMOS, YA QUE ESTO NO ES NINGUN INCONVENIENTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿ SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "PESO MAXIMO DE 135 GRAMOS", PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.1.11 PESO MAXIMO EL ESTETOSCOPIO 115 GRAMOS, PARA ACOMODAR FACILMENTE EN LA BATA O ALREDEDOR DEL CUELLO" DE LA PARTIDA 45 ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LO DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442838	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 68. LARINGO-FARINGO-ESTROBOSCOPIO. PUNTO 1.2.2	SOLICITAN UN DIÁMETRO OVAL MÁXIMO DE 8 X 10MM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DIÁMETRO DE 4 MM. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA OFERTAR " DIAMETRO OVAL DE 4MM", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.2.2 DIÁMETRO OVAL MÁXIMO DE 8 X 10MM", DE LA PARTIDA 68. LARINGO-FARINGO-ESTROBOSCOPIO SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442839	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 68. LARINGO-FARINGO-ESTROBOSCOPIO. PUNTO 1.2.3	SOLICITAN UNA FIBRA ÓPTICA INTEGRADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR A LOS PARTICIPANTES NOS PERMITA OFERTAR UNA FIBRA ÓPTICA INDEPENDIENTE PARA ASÍ FACILITAR SU LIMPIEZA Y LA DE LA ÓPTICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE REQUIERE QUE LOS LICITANTES OFERTEN EQUIPOS UN EQUIPO QUE CUENTE CON FIBRA ÓPTICA INTEGRADA ACORDE A LO DESCRITO EN EL NUMERAL 1.2.3 FIBRA OPTICA INTEGRADA, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 68 LARINGO-FARINGO-ESTROBOSCOPIO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO. SE REITERA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442840	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 97. RETINOSCOPIO LINEAL. PUNTO 1.2.2	ALIMENTACIÓN POR BATERÍAS RECARGABLES Y ALCALINAS COMPATIBLES CON EL MANGO, TIPO C, TIPO D O TIPO AA. SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR BATERÍA RECARGABLE CON TECNOLOGÍA DE IONES DE LITIO, ESTA MEJORA TECNOLOGÍA GARANTIZA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO E IMPACTA DIRECTAMENTE EN EL AHORRO DE CONSUMIBLES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA FAVOR DE ATENDER LO SOLICITADO PARA LA PARTIDA 97 RETINOSCOPIO LINEAL EN EL NUMERAL 1.2.2 ALIMENTACIÓN POR BATERÍAS RECARGABLES Y ALCALINAS COMPATIBLES CON EL MANGO, TIPO C, TIPO D O TIPO AA.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023
PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"
(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
442841	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 101 SISTEMA DE IRRIGACIÓN – SUCCIÓN. PUNTO 1.3.	GABINETE RODABLE CON AL MENOS FRENO EN DOS DE SUS RUEDAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN SOPORTE CON BASTIDOR DE ACERO AL CROMONÍQUEL, PIE DE 5 RUEDAS CON FRENO EN 2 DE ELLAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE EL NUMERAL 1.3, INDICA "GABINETE RODABLE CON AL MENOS FRENO EN DOS DE SUS RUEDAS", POR LO QUE DEBERÁ OFERTAR UN BIEN QUE CUBRA EL RANGO SOLICITADO. SE REITERA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442842	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 101 SISTEMA DE IRRIGACIÓN – SUCCIÓN. PUNTO 3.1.	DOS (2) FRASCOS DE VIDRIO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR FRASCOS POLISULFONA (PSU) DE 2 LITROS AUTOCLAVABLES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE "FRASCOS POLISULFONA (PSU) DE 2 LITROS AUTOCLAVABLES., COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "3.1 DOS (2) FRASCOS DE VIDRIO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
442843	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 103 SISTEMA UNIVERSAL DE VIDEO PARA ENDOSCOPIOS. PUNTO 1.3.1.	SISTEMA DE MAGNIFICACIÓN (ZOOM ELECTRÓNICO) DE 1.2 A 2X COMO MÍNIMO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA DE MAGNIFICACIÓN (ZOOM ELECTRÓNICO) Y ZOOM DIGITAL MÁXIMO DE 1.5X, CARACTERÍSTICAS QUE PERMITIRÁN TENER UNA CALIDAD DE IMAGEN IDÓNEA PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL NUMERAL "1.2.3 DISTANCIA FOCAL VARIABLE O ZOOM OPTICO" Y "1.3.1 SISTEMA DE MAGNIFICACION (ZOOM ELECTRONICO) DE 1.2 A 2X COMO MINIMO", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 103 SISTEMA UNIVERSAL DE VIDEO PARA ENDOSCOPIOS.
442844	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 106. TONÓMETRO DE IDENTACIÓN. PUNTO 1.1	EN EL TONÓMETRO DE IDENTACIÓN CON 4 PESAS. SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR TONÓMETRO DE IDENTACIÓN CON 3 PESAS, SIENDO SUFICIENTES PARA OBTENER UN DIAGNÓSTICO CONFIABLE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA FAVOR DE ATENDER LO SOLICITADO PARA LA PARTIDA 106 TONOMETRO DE IDENTACION EN EL NUMERAL 1.1 TONÓMETRO DE IDENTACIÓN CON 4 PESAS.
442845	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA106. TONÓMETRO DE IDENTACIÓN. PUNTO 1.2.3	CON BLOQUE DE PRUEBA DE 5. 7.5, 10 Y 15 GRAMOS. SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR TONÓMETRO CON BLOQUE DE PRUEBA DE 5.5, 7.5 Y 10 GRAMOS, SIENDO SUFICIENTES PARA OBTENER UN DIAGNÓSTICO CONFIABLE. ¿ SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA FAVOR DE ATENDER LO SOLICITADO PARA LA PARTIDA 106 TONOMETRO DE IDENTACION EN EL NUMERAL 1.2.3 CON BLOQUE DE PRUEBA DE 5. 7.5, 10 Y 15 GRAMOS.
442846	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 151. SIERRA PARA CORTAR YESO. PUNTO 3.2.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE QUE EL ASPIRADOR DE POLVOS SEA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 3.2 ASPIRADOR DE POLVO INDEPENDIENTE CON SOPORTE RODABLE QUE TENGA SISTEMA DE FRENADO EN AL MENOS DOS RUEDAS, PARA LA PARTIDA: 115 SIERRA PARA CORTAR YESO. LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
442847	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 211. MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO. INCISO 1.9	SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MICROSCOPIO BINOCULAR DE CAMPO CLARO CON UN CONDESADOR TIPO ESTANDAR NA 1.25 CON DIAFRAGMA DE APERTURA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.9 DIAFRAGMA TIPO IRIS, PARA LA PARTIDA: 211 MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO, LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
442848	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 212. MICROSCOPIO CON DOBLE CABEZAL, INCISO 1.4	SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MICROSCOPIO CON DOBLE CABEZAL CON DIAFRAGMA DE APERTURA, CONMUTABLE EN CAMPO CLARO Y CONTRASTE DE FASE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.4 DOS CABEZALES BINOCULARES A 180º, PARA LA PARTIDA: 212 MICROSCOPIO CON DOBLE CABEZAL., LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
442849	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 212. MICROSCOPIO CON DOBLE CABEZAL, INCISO 1.11	SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MICROSCOPIO CON DOBLE CABEZAL CON ILUMINACIÓN CON LÁMPARA DE HALÓGENO DE 12 V/60 W, REGULACIÓN CONTINUA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.11 SISTEMA DE ILUMINACIÓN TIPO LED., PARA LA PARTIDA: 212 MICROSCOPIO CON DOBLE CABEZAL., LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
442850	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 217. CAMILLA MOVIL PARA TRASLADO DE PACIENTES. PUNTO 1.7	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN ANCHO DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 760 MM, LO ANTERIOR NO AFECTA EN NINGÚN MODO EL DESEMPEÑO ÓPTIMO DEL EQUIPO Y CLÍNICAMENTE NO TIENE NINGÚN IMPACTO NEGATIVO SOBRE EL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA PARTICIPANTE OFERTE "ANCHO DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 760 MM", PARA EL NUMERAL "1.7 DIMENSIONES DE LA CAMILLA (CON BARANDALES ARRIBA): LONGITUD TOTAL EN EL RANGO DE 196 A 204 CM Y ANCHO TOTAL EN EL RANGO DE 74 A 76 CM", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". LO ANTERIOR NO IMPLICA DE FORMA ALGUNA MODIFICACIÓN A LAS CARACTERÍSITICAS ORIGINALMENTE ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA.
442851	DEWIMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 219. MESA QUIRURUGICA UNIVERSAL... PUNTO 1.10.3	NUESTRA MESA TIENE LA CAPACIDAD DE DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA MEDIANTE MOVIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE FLEXIÓN, LO ANTERIOR SIN NECESIDAD DE UN ELEVADOR DE RIÑÓN, ADEMÁS EL INCLUIR UN ELEVADOR DE RIÑÓN ELEVARÍA LA OFERTA ECONÓMICA DE ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON LA CAPACIDAD DE DAR POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA MEDIANTE MOVIMIENTO DE FLEXIÓN Y SIN ELEVADOR DE RIÑÓN?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, PARA EL NUMERAL: "1.10.3 CON ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN CON SISTEMA ARTICULAR PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA", DE LA PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA), LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "FUNCIÓN FLEX ", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
443019	ARROBA XYNERGIX SA DE CV	TÉCNICO	CEDULA LAMPARA DE FOTOTERAPIA	PUNTO 2.1 CON RADIOMENTRO: DADO QUE EL RADIÓMETRO ES UN INSUMO IMPORTANTE PERO COSTOSO, EL QUE PUEDAN PEDIRSE TANTOS RADIOMETROS COMO LAMPARAS DE FOTOTERAPIA NECESARIAMENTE ELEVA DE FORMA SIGNIFICATIVA EL COSTO HACIA EL INSTITUTO, CON UN ACCESORIO QUE PUEDEN COMPARTIR VARIAS LÁMPARAS, BAJO ESTA PREMISA SOLICITAMOS QUE SE LIMITE EL NUMERO DE RADIÓMETROS QUE PUEDEN SOLICITAR LAS UNIDADES MÉDICAS A UN MÍNIMO DE UNO Y UN MÁXIMO DE 2. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD RESPECTO A "QUE SE LIMITE EL NUMERO DE RADIÓMETROS QUE PUEDEN SOLICITAR LAS UNIDADES MÉDICAS A UN MÍNIMO DE UNO Y UN MÁXIMO DE 2". SIN EMBARGO, SE ACEPTA OFERTAR "ENTREGA DE UN SOLO RADIÓMETRO POR CADA UNIDAD MÉDICA DESTINO. (DE ACUERDO CON EL ANEXO NO. 3.5 "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN)", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "2.1 UN (1) RADIÓMETRO QUE PERMITA MEDIR LA IRRADIANCIA DE LA LÁMPARA O FUENTE DE LUZ EN UNIDADES DE MICROWATTS POR CENTÍMETRO CUADRADO POR NANÓMETRO (MW/CM2/NM). (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE) (A SOLICITUD DE LA UNIDAD MÉDICA CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA)" DE LA PARTIDA 63 LÁMPARA DE FOTOTERAPIA, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443020	ARROBA XYNERGIX SA DE CV	TÉCNICO	CEDULA LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	ENTENDEMOS QUE LA LÁMPARA DE FOTOTERAPIA DEBERÁ CONTAR CON UN MODO DONDE SOLAMENTE ILUMINE CON LUZ BLANCA, DE TAL FORMA QUE PUEDA SERVIR ADEMÁS DE COMO LÁMPARA DE FOTOTERAPIA COMO FUENTE DE LUZ DE EXAMINACIÓN. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN RESPECTO A "LA LÁMPARA DE FOTOTERAPIA DEBERÁ CONTAR CON UN MODO DONDE SOLAMENTE ILUMINE CON LUZ BLANCA". SIN EMBARGO, SE ACEPTA QUE SU REPRESENTADA OFERTE UN MODO DONDE SOLAMENTE ILUMINE CON LUZ BLANCA", COMO CARACTERÍSTICA ADICIONAL A LO REFERIDO EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DE LA PARTIDA 63 LÁMPARA DE FOTOTERAPIA, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
443021	ARROBA XYNERGIX SA DE CV	TÉCNICO	CEDULA FOTOTERAPIA	PUNTO 1.10 NIVEL DE RUIDO DEL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO DE 50DB O MENOR: PROPONEMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE NIVEL DE RUIDO BAJE A 40DB O MENOR, ESTO PERMITIRÁ COOPERAR CON LA POLÍTICA DE REDUCCIÓN DE RUIDO EN CUNEROS QUE ESTA TOMANDO EL INSTITUTO Y NO CIERRA LA PARTICIPACIÓN PUES LA MAYORIA DE LAS MARCAS NACIONALES E INTERNACIONALES CUMPLEN CON ESTE REQUISITO	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD RESPECTO A " ESTE NIVEL DE RUIDO BAJE A 40DB O MENOR". SE SE ACEPTA QUE SU REPRESENTADA OFERTE "NIVEL DE RUIDO DE 40 DB O MENOR", PARA EL NUMERAL "1.10 NIVEL DE RUIDO DEL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO DE 50 DB O MENOR." DE LA PARTIDA 63 LÁMPARA DE FOTOTERAPIA, PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
443022	ARROBA XYNERGIX SA DE CV	TÉCNICO	CEDULA DE LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITAR QUE LAS LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA NO CUENTEN CON VENTILADORES PARA ENFRIAR LOS LEDS. LOS LEDS DURAN VARIAS DECENAS DE MILES DE HORAS, PERO NO ASI LOS VENTILADORES QUE AL FALLAR ESTROPEAN LOS LEDS Y REDUCEN GRAVEMENTE LA VIDA DEL EQUIPO EN GENERAL, GENERADO PÉRDIDAS PARA EL INSTITUTO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD RESPECTO A "LAS LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA NO CUENTEN CON VENTILADORES PARA ENFRIAR LOS LEDS". SE ACEPTA QUE SU REPRESENTADA OFERTE "NO CUENTEN CON VENTILADORES PARA ENFRIAR LOS LEDS", COMO CARACTERÍSTICA ADICIONAL A LO REFERIDO EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DE LA PARTIDA 63 LÁMPARA DE FOTOTERAPIA, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
443023	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULA FLEXO EXTENSOR DE MUÑECA	PARTIDA: 126, PREI: 12268, SAI: 533.424.0024.02.01 EL AMABLE CONVOCANTE LICITA POR UN DISPOSITIVO DESTINADO A LA REHABILITACIÓN DE MANOS Y DEDOS PARA PACIENTES CON TRASTORNOS MOTORES Y COGNITIVOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
443024	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULA FLEXO EXTENSOR DE MUÑECA	PARTIDA: 126, PREI: 12268, SAI: 533.424.0024.02.01 REFERENTE AL PUNTO 1.2, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ATENTAMENTE ACEPTAR QUE, EN LUGAR DE CILINDROS AJUSTABLES, SE TRABAJE CON IMANES DE DIVERSAS TALLAS DE ACUERDO CON EL PACIENTE Y CINTAS AJUSTABLES PARA LA FLEXIÓN Y EXTENSIÓN. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE CONSIDERAR	SE ACEPTA OFERTAR "... IMANES DE DIVERSAS TALLAS DE ACUERDO CON EL PACIENTE Y CINTAS AJUSTABLES PARA LA FLEXIÓN Y EXTENSIÓN...", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.2 CILINDROS METALICOS PARA ADULTO CON TRES DIÁMETROS DIFERENTES", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
443025	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULA FLEXO EXTENSOR DE MUÑECA	PARTIDA: 126, PREI: 12268, SAI: 533.424.0024.02.01 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DISPOSITIVO DE REHABILITACIÓN BASADO EN SENSORES. FAVOR DE CONSIDERAR	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE SE SOLICITA UN EQUIPO FLEXOEXTENSOR DE MUÑECA ADAPTABLE A PARED O MUÑECA NO ELECTRÓNICO. FAVOR DE ATENDER A LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA LA PARTIDA 168, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023
PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"
(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443026	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULA FLEXO EXTENSOR DE MUÑECA	PARTIDA: 126, PREI: 12268, SAI: 533.424.0024.02.01 ¿ES ACEPTABLE QUE LA AMPLIA VARIEDAD DE RUTINAS ESTÉ COMPLETAMENTE AUTOMATIZADA POR COMPUTADORA?	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE SE SOLICITA UN EQUIPO FLEXOEXTENSOR DE MUÑECA ADAPTABLE A PARED O MUÑECA NO ELECTRÓNICO. FAVOR DE ATENDER A LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA LA PARTIDA 168, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
443027	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULA FLEXO EXTENSOR DE MUÑECA	PARTIDA: 126, PREI: 12268, SAI: 533.424.0024.02.01 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL INTERFAZ ENTRE PACIENTE Y EQUIPO SEA UN CONJUNTO DE ÓRTESIS ROBÓTICAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE SE SOLICITA UN EQUIPO FLEXOEXTENSOR DE MUÑECA ADAPTABLE A PARED O MUÑECA NO ELECTRÓNICO. FAVOR DE ATENDER A LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA LA PARTIDA 168, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
443028	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULA FLEXO EXTENSOR DE MUÑECA	PARTIDA: 126, PREI: 12268, SAI: 533.424.0024.02.01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL DISPOSITIVO DEBE CONTAR CON DIVERSOS NIVELES DE AJUSTE Y APLICACIONES PARA UNA MEJOR TERAPIA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE SE SOLICITA UN EQUIPO FLEXOEXTENSOR DE MUÑECA ADAPTABLE A PARED O MUÑECA NO ELECTRÓNICO. FAVOR DE ATENDER A LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA LA PARTIDA 168, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
443029	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULA FLEXO EXTENSOR DE MUÑECA	PARTIDA: 126, PREI: 12268, SAI: 533.424.0024.02.01 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL DISPOSITIVO DEBE CONTAR CON DIVERSOS NIVELES DE AJUSTE Y APLICACIONES PARA UNA MEJOR TERAPIA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE SE SOLICITA UN EQUIPO FLEXOEXTENSOR DE MUÑECA ADAPTABLE A PARED O MUÑECA NO ELECTRÓNICO. FAVOR DE ATENDER A LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA LA PARTIDA 168, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
443030	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULA FLEXO EXTENSOR DE MUÑECA	PARTIDA: 126, PREI: 12268, SAI: 533.424.0024.02.01 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE BUSCA QUE EL DISPOSITIVO CUENTE CON VELOCIDAD Y RESISTENCIA (FRICCIÓN) AJUSTABLE PARA EL TRATAMIENTO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE SE SOLICITA UN EQUIPO FLEXOEXTENSOR DE MUÑECA ADAPTABLE A PARED O MUÑECA NO ELECTRÓNICO. FAVOR DE ATENDER A LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA LA PARTIDA 168, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
443031	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULA FLEXO EXTENSOR DE MUÑECA	PARTIDA: 126, PREI: 12268, SAI: 533.424.0024.02.01 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL DISPOSITIVO PUEDE SER UTILIZADO POR ADULTOS Y NIÑOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE SE SOLICITA UN EQUIPO FLEXOEXTENSOR DE MUÑECA ADAPTABLE A PARED O MUÑECA PARA LA ATENCIÓNDE PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS. FAVOR DE ATENDER A LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA LA PARTIDA 168, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Seccion de la convocatoria	Aclaracion	Respuesta
443032	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULA FLEXO EXTENSOR DE MUÑECA	PARTIDA: 126, PREI: 12268, SAI: 533.424.0024.02.01 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL DISPOSITIVO PUEDE SER UTILIZADO EN AMBAS MANOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE SE SOLICITA UN EQUIPO FLEXOEXTENSOR DE MUÑECA ADAPTABLE A PARED O MUÑECA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS Y PARA AMBAS MANOS. FAVOR DE ATENDER A LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA LA PARTIDA 168, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
443033	ARROBA XYNERGIX SA DE CV	TÉCNICO	CEDULA LAMPARA DE FOTOTERAPIA	PUNTO 2.1 ENTENDEMOS QUE EL RADIÓMETRO TENDRÁ QUE PODERSE INTERCONECTAR A LA LÁMPARA DE FOTOTERAPIA. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN CON RESPECTO A QUE " EL RADIÓMETRO TENDRÁ QUE PODERSE INTERCONECTAR A LA LÁMPARA DE FOTOTERAPIA", LAS LICITANTES DEBERÁ OFERTAR UN EQUIP ATENDIENDO LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 2.1 "UN (1) RADIÓMETRO QUE PERMITA MEDIR LA IRRADIANCIA DE LA LÁMPARA O FUENTE DE LUZ EN UNIDADES DE MICROWATTS POR CENTÍMETRO CUADRADO POR NANÓMETRO (MW/CM2/NM). (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE) (A SOLICITUD DE LA UNIDAD MÉDICA CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA)" DE LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO" PARA LA PARTIDA 63 LÁMPARA DE FOTOTERAPIA. LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR UN EQUIPO QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
443034	ARROBA XYNERGIX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 3.4 GUIA DE DISTRIBUCIÓN	DADO QUE EN ESTA LICITACIÓN EL FLETE ES UN GASTO PROPORCIONALMENTE SIGNIFICATIVO PARA CADA PARTIDA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CADA UNIAD MÉDICA PUEDA SOLICITGAR MÁXIMO DOS ORDENES DE SUMINISTRO DEL INSUMO, PARA ASI EVITAR DEMASIADOS FLETES Y DEMASIADOS VIÁTICOS QUE ELEVAN EL COSTO DEL PRODUCTO EN PERJUICIO DEL INSTITUTO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA EN LOS TÉRMINOS PLATEADOS, PERO SI ACEPTA EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PODRÁ ELABORAR Y NOTIFICAR AL LICITANTE ADJUDICADO 3 (TRES) ORDENES DE SUMINISTRO (ANEXO NO. 9) COMO MAXIMO POR CADA UNIDAD MEDICA DESTINO, RELACIONADAS EN EL ANEXO 3.4 "GUIA DE DISTRIBUCION", POR PARTIDA ADJUDICADA.
443035	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4.1.1. DOCUMENTOS QUE AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y CUYO INCUMPLIMIEN	DICE: INCISIO I) I. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. EN VIRTUD DE QUE ACTUALMENTE EL PORTAL DEL IMSS EMITE DICHA OPINION CON UNA DURACION DE SOLO 24 HORAS A PARTIR DEL DIA DE SU EMISION. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESTE FORMATO HASTA CON DOS DIAS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION ¿SE ACEPTA?	LA CONSULTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PODRÁ SER DE FECHA ANTERIOR AL EVENTO; SIN EMBARGO, SIN EXCEPCIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO EL O LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN PRESENTARLA VIGENTES EN SENTIDO POSITIVO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
443053	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULA MOVILIZADOR PASIVO DE HOMBRO	PARTIDA 188 PREI 16277 SAI: 564.002.1142.03.01 REFERENTE AL PUNTO 1.3.2, AL TRATARSE DE UN SISTEMA PASIVO, NO CUENTA CON MOTORES NI ACTUADORES QUE REALICEN MOVIMIENTOS POR EL PACIENTE A UNA VELOCIDAD ESPECÍFICA. POR LO QUE UNA MEJOR APROXIMACIÓN SERÍA REGULAR LA TENSIÓN QUE EL USUARIO DEBE APLICAR SOBRE EL DISPOSITIVO PARA LA REHABILITACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. EN LA PARTIDA 188 MOVILIZADOR PASIVO DE HOMBRO, ACORDE A SU DEFINICIÓN EN EL NUMERAL 1.1 SE SOLICITA UN EQUIPO CON UNIDAD DE PROGRAMACIÓN PARA MOVILIZACIÓN PASIVA DE HOMBRO, EL CUAL ES UN EQUIPO ELECTRÓNICO. SE SOLICITA A LOS LICITANTES OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
443054	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULA EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACIÓN LABORAL (INTERMEDIO)	PARTIDA 198, PREI 16455, SAI: 531.254.0122.01.01 REFERENTE AL PUNTO 1.2.13.1, SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE ESPECIFICAR RANGOS DE VELOCIDAD MÁXIMA Y MÍNIMA REQUERIDOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA EL NUMERAL 1.2.13.1 LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ES POR LO MENOS UN AJUSTE DESDE 1/16 GRADO/ SEGUNDO HASTA 300 GRADOS/SEGUNDO O MAYOR, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE DEBERÁN OFERTAR UN EQUIPO QUE ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS DEMÁS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO" ASÍ COMO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023
PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"
(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443055	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULA EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACIÓN LABORAL (INTERMEDIO)	PARTIDA 198, PREI 16455, SAI: 531.254.0122.01.01 REFERENTE AL PUNTO 1.2.4, SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO QUE PERMITEN SIMULACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO QUE ENVUELVEN GRUPOS MUSCULARES DE LA PARTE SUPERIOR DEL TRONCO.	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA EL EQUIPO SOLICITADO EN LA PARTIDA 198"EQUIPO COMPUTARIZADO DE SIMULACION LABORAL", EL PROCESO DE SIMULACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO QUE ENVUELVEN GRUPOS MUSCULARES DE PARTE SUPERIOR DEL TRONCO, AL MENOS DEBE CONTAR CON LA CAPACIDAD DE EVALUAR CUANTITATIVAMENTE LA FUERZA MUSCULAR DINÁMICA Y ESTÁTICA, VELOCIDAD ANGULAR, TORQUE Y AMPLITUD DEL MOVIMIENTO DE LOS MÚSCULOS DE LA PARTE SUPERIOR DEL TRONCO DEL PACIENTE, DE ESTA MANERA PROVEE DE MANERA OBJETIVA LOS COMPONENTES PARA EVALUAR LA CAPACIDAD FUNCIONAL DEL INDIVIDUO, QUE SE UTILIZA PARA LA EVALUACIÓN CLÍNICA Y LA PRESCRIPCIÓN TERAPÉUTICA FUNCIONAL. EL SOFTWARE DEL EQUIPO DEBE CONTAR CON PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN Y TERAPÉUTICOS DE LOS DISTINTOS SEGMENTOS DEL CUERPO, ASÍ COMO LA OPCIÓN DE PROGRAMACIÓN POR PARTE DEL OPERADOR PARA LA TÉCNICA UTILIZADA SEA FIABLE Y REPRODUCIBLE DE LA LIMITACIÓN EN FUERZA, VELOCIDAD O AMPLITUD DEL MOVIMIENTO. ASÍ MISMO, EL HARDWARE DEL EQUIPO DEBE CONTAR CON ADITAMENTOS DE POSICIONAMIENTO Y SUJECIÓN DE LOS DISTINTOS SEGMENTOS DEL CUERPO, QUE PERMITEN AISLAR LOS MÚSCULOS DE EVALUACIÓN CON SEGURIDAD Y CALIDAD, DE FÁCIL MANEJO PARA EL OPERADOR.
443056	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULA EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACIÓN LABORAL (INTERMEDIO)	PARTIDA 198, PREI 16455, SAI: 531.254.0122.01.01 REFERENTE AL PUNTO 1.2.6.6, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO CONCEDEN LA FACILIDAD DE EVALUAR Y REHABILITAR TRONCO?	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA EL EQUIPO SOLICITADO EN LA PARTIDA 198 "EQUIPO COMPUTARIZADO DE SIMULACION LABORAL.", EN CUANTO A LAS CARACTERÍSTICAS DE EVALUACION Y REHABILITACION DEL TRONCO, AL MENOS DEBE CONTAR CON UN SOFTWARE DE FACIL USO PARA EL OPERADOR, DE CARÁCTER INTUITIVO Y CON AMPLITUD EN SU PROGRAMACIÓN PARA DETERMINAR CLARAMENTE LOS COMPONENTES DE CAPACIDAD FUNCIONAL A EVALUAR Y LOS PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO INDIVIDUALIZADOS REQUERIDOS. ASÍ MISMO, EL HARDWARE DEBE PERMITIR EL POSICIONAMIENTO DE MANERA FÁCIL PARA EL OPERADOR Y EL PACIENTE, CON ACCESORIOS PARA LA SUJECIÓN Y EL BLOQUEO DE LOS ADITAMENTOS Y DINAMÓMETRO RESPECTIVAMENTE, DE MANERA CÓMODA Y SEGURA, PARA EVITAR SUSTITUCIÓN CON OTROS GRUPOS MUSCULARES Y MANTENER EL RANGO DE MOVIMIENTO.
443057	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULA EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACIÓN LABORAL (INTERMEDIO)	PARTIDA 198, PREI 16455, SAI: 531.254.0122.01.01 REFERENTE AL PUNTO 1.2.9, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE DESCRIBA EL COMPONENTE CON FUNCIÓN PARA FLEXIÓN / EXTENSIÓN DE TRONCO PARA TRABAJAR MUSCULATURA DE ESTE. FAVOR DE CONSIDERAR	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA EL EQUIPO SOLICITADO EN LA PARTIDA 198 "EQUIPO COMPUTARIZADO DE SIMULACION LABORAL", EL COMPONENTE CON FUNCIÓN PARA FLEXIÓN/EXTENSIÓN DE TRONCO PARA TRABAJAR MUSCULATURA DE TRONCO, DEBE ALMENOS CONTAR CON SOPORTES PARA EL SUELO Y PACIENTE, ESTOS DEBERNA CONTAR CON ALMOHADILLAS Y COJINES PARA SOPORTAR LOS PUNTOS DE PRESIÓN DEL PACIENTE AL MOMENTO QUE ESTE REALICE LA FLEXIÓN Y EXTENSIÓN, EN TANTO QUE EL SOPORTE APRA EL SUELO SEA SEGURO Y PERMITA UNA POSCIIÓN CORRECTA DEL PACIENTE, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
443058	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULA BAÑO CON REMOLINO FIJO	PARTIDA 17, PREI 11652, SAI 531.107.0139.04.01 PUNTO 1.5 SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE ALTA RIGIDEZ Y LARGA DURACIÓN MUY RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS Y CORROSIVAS. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE EL NUMERAL 1.5 PARTIDA 17 "BAÑO CON REMOLINO FIJO", INDICA "FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON SOLDADURA A PRUEBA DE FUGAS Y SIN COSTURAS EN LAS UNIONES. CON LAS ORILLAS REDONDEADA EN EL INTERIOR DE LA TINA", POR LO QUE DEBERÁ OFERTAR EL RANGO SOLICITADO. SE REITERA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443059	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULA BAÑO DE CUERPO ENTERO CON REMOLINO FIJO.	PARTIDA 18, PREI 11653, SAI 531.107.0162.01.01 PUNTO 1.4 SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE ALTA RIGIDEZ Y LARGA DURACIÓN MUY RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS Y CORROSIVAS. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE EL NUMERAL 1.4 PARA LA PARTIDA 18 "BAÑO DE CUERPO ENTERO CON REMOLINO FIJO", INDICA "FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON SOLDADURA A PRUEBA DE FUGAS Y SIN COSTURAS EN LAS UNIONES. CON LAS ORILLAS REDONDEADA EN EL INTERIOR DE LA TINA", POR LO QUE DEBERÁ OFERTAR EL RANGO SOLICITADO. SE REITERA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
443060	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULA DE BICILETA ERGOMETRICA	PARTIDA 164, PREI 16235., SAI 564.002.0573.02.01 PUNTOS 1.5 Y 1.5.1SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON MANUBRIO FIJO Y QUE LOS AJUSTES DE ALTURA Y DISTANCIA SE DETERMINEN POR MEDIO DEL ASIENTO EL CUAL PERMITE UN AJUSTE MÁS AMPLIO EN PACIENTES DE ACUERDO A SUS DIMENSIONES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "...EQUIPO CON MANUBRIO FIJO Y QUE LOS AJUSTES DE ALTURA Y DISTANCIA SE DETERMINEN POR MEDIO DEL ASIENTO...", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.5 AJUSTE DE ALTURA", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
443061	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	4.1.1. 4.1.1. DOCUMENTOS QUE AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y CUYO INCUM	SOLICITAMOS ATENTAMENTE LA COMVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBE ENVIAR LA DOCUMENTACION QUE SE SOLICITA EN BASES YA QUE EN COMPRANET HAY CIERTOS RUBROS QUE INDICA QUE NO SON OBLIGATORIOS CONTRAPONIENDOSE A LO QUE INDICAN EN LAS BASES. FAVOR DE ACLARAR	SE ACLARA QUE EL LICITANTE O LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN LA CONVOCATORIA EN EL NUMERAL 4.1.1 DOCUMENTOS QUE AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y CUYO INCUMPLIMIENTO U OMISIÓN MOTIVARA SU DESECHAMIENTO, ASÍ COMO LOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 4.1.2 DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN; CON INDEPENDENCIA DE LO SEÑALADO EN EL SISTEMA COMPRANET.
443088	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULA EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACION LABORAL	PUNTOS 1.2.5.2 Y 1.2.5.3 ES INDISPENSABLE QUE SE DELIMITE EL TORQUE Y VELOCIDAD A TRAVÉS DEL SOFTWARE CON PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PRESTABLECIDOS PARA CADA ARTICULACIÓN ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, SE ACEPTA OFERTAR "...DELIMITE EL TORQUE Y VELOCIDAD A TRAVÉS DEL SOFTWARE CON PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PRESTABLECIDOS PARA CADA ARTICULACIÓN...", COMO CARACTERÍSTICA ADICIONAL PARA LOS NUMERALES "1.2.5.2 CON LIMITES DE RANGOS Y 1.2.5.3 CON LIMITE DE TORQUE", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
443089	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULA EQUIPO COMPUTARIZADO DE SIMULACIÓN LABORAL	PUNTO 1.2.13.1. EL PARÁMETRO DE VELOCIDAD DEBERÁ CUMPLIR CON RANGOS DE MOVIMIENTO AMPLIOS Y DE FÁCIL AJUSTE PARA LAS DIFERENTES ARTICULACIONES EN MODO ISOCINETICO, ¿CUÁLES SON ESOS RANGOS INFERIORES Y SUPERIORES QUE DEBE ABARCAR.?	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA EL NUMERAL 1.2.13.1 LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ES POR LO MENOS UN AJUSTE DESDE 1/16 GRADO/ SEGUNDO HASTA 300 GRADOS/SEGUNDO O MAYOR, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE DEBERÁN OFERTAR UN EQUIPO QUE ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS DEMÁS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO" ASÍ COMO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ACORDE A LAS NECESIDADES DEL ÁREA REQUIRENTE Y LAS UNIDADES MÉDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES.
443107	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULA EQUIPO COMPUTARIZADO DE SIMULACIÓN LABORAL	PUNTOS 1.2.14.1. ESTE PUNTO INDICA "VELOCIDADES AJUSTABLES POR EL USUARIO". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACLARE CUÁLES SON ESOS RANGOS DE VELOCIDAD MÁXIMA Y MÍNIMA REQUERIDAS	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LAS VELOCIDADES AJUSTABLES A LAS QUE SE REFIERE EL NUMERAL 1.2.14 PUEDEN SER DE AL MENOS 1/16 GRADO/SEGUNDO HASTA 300 GRADOS/SEGUNDO O MAYOR.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443108	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULA EQUIPO COMPUTARIZADO DE SIMULACIÓN LABORAL	PUNTO 1.2.12. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ESPECIFIQUE LOS RANGOS DE FUERZA O TORQUE QUE SE REQUIEREN PARA LOS EJERCICIOS DE LOS PUNTOS 1.2.12.1, 1.2.12.2 , 1.2.12.3, 1.2.12.4, 1.2.12.5	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE EL AJUSTE RECOMENDADO PARA EL NUMERAL 1.2. Y SUS SUB NUMERALES DEBERÁ SER DESDE 0.1 PIE/LIBRA O MENOR HASTA 500 PIES /LIBRA O MAYOR, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE DEBERÁN OFERTAR UN EQUIPO QUE ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO" ASÍ COMO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ACORDE A LAS NECESIDADES DEL ÁREA REQUIRENTE Y LAS UNIDADES MÉDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES.
443109	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULA EQUIPO COMPUTARIZADO DE SIMULACIÓN LABORAL	PUNTO 1.2.13. DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA TERAPIA ENTENDEMOS QUE EXISTE UNA LIBERTAD DE ROTACIÓN HACIA EL MISMO SENTIDO PARA SIMULAR EL TRABAJO DE MOVIMIENTO CONTINUO DE MÁS DE UN GIRO PARA SIMULAR TRABAJOS COMO GIRAR UNA PERILLA, MANIVELA, ETC. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACLARA LA LICITANTE QUE PARA EL CASO DEL NUMERAL 1.2.13 "MODO ISOCINÉTICO PARA MIEMBROS SUPERIORES CON MECANISMO QUE PERMITA EJERCICIOS EN DIRECCIONES HACIA ADELANTE Y HACIA A TRAS", SE SOLICITA QUE EL EQUIPO PERMITA EJERCICIOS TANTO EN UNA DIRECCIÓN HACIA UN MISMO SENTIDO COMO DE REVERSA. ; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ARTÍCULO 26 PÁRRAFO SÉPTIMO, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.4.2 TRENDELEMBURG INVERSO DE 12° COMO MÍNIMO". DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
443148	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 36	1.2.5 DESPLIEGUE EN PANTALLA Y REGISTRO EN PAPEL DE LA ACTIVIDAD UTERINA CON FECHA Y HORA. PARA EL CORRECTO ANÁLISIS Y MONITORIZACIÓN DE ACTIVIDAD UTERINA DE LAS PACIENTES CUANDO TIENEN CONECTADOS LOS TRANDSCUTORES, ES IMPORTANTE ANALIZAR RANGOS ESPECÍFICOS DE DATOS QUE SE PUEDEN MARCAR EN EL TRAZO IMPRESO, POR LO QUE LA VISUALZIACIÓN EN PANTALLA SE VUELVE POCO RELEVANTE . SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DESPLIEGUE DEL REGISTRO EN PAPEL CON FECHA Y HORA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER LA DESCRIPCION SOLICITADA PARA LA PARTIDA 36 NUMERAL 1.2.5 "DESPLIEGUE EN PANTALLA Y REGISTRO EN PAPEL DE LA ACTIVIDAD UTERINA CON FECHA Y HORA." DE LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO REQUERIDO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTANDO UN EQUIPO ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO". PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES.
443149	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 36	1.2.6 DESPLIEGUE EN PANTALLA Y REGISTRO EN PAPEL DE LA DETECCIÓN DEL MOVIMIENTO FETAL EN FORMA MANUAL Y AUTOMÁTICA CON FECHA Y HORA. PARA EL CORRECTO ANÁLISIS Y MONITORIZACIÓN DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO FETAL DE LAS PACIENTES CUANDO TIENEN CONECTADOS LOS TRANDSCUTORES, ES IMPORTANTE ANALIZAR RANGOS ESPECÍFICOS DE DATOS QUE SE PUEDEN MARCAR EN EL TRAZO IMPRESO, POR LO QUE LA VISUALZIACIÓN EN PANTALLA SE VUELVE POCO RELEVANTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DESPLIEGUE DEL REGISTRO EN PAPEL CON FECHA Y HORA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER LA DESCRIPCION SOLICITADA PARA LA PARTIDA 36 NUMERAL 1.2.6 "DESPLIEGUE EN PANTALLA Y REGISTRO EN PAPEL DE LA DETECCIÓN DEL MOVIMIENTO FETAL EN FORMA MANUAL Y AUTOMÁTICA CON FECHA Y HORA." DE LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO REQUERIDO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTANDO UN EQUIPO ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO". PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES.
443150	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 36	1.2.11 CON ESTIMULADOR ACÚSTICO PARA PROVOCAR MOVIMIENTOS FETALES DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO O COMPATIBLE CON EL EQUIPO PROPUESTO (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE). ENTENDEMOS QUE EL ESTIMULADOR ACÚSTICO, AL PODER SER EXTERNO, PUEDE SER DE CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO GENERA EL ESTÍMULO ADECUADO Y REFLEJE ACTIVIDAD FETAL, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ESTIMULADRO ACÚSTICO DE MARCA DIFERENTE AL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LOS LICITANTES PODRAN OFERTAR LAS TECNOLOGIAS EXISTENTES EN EL MERCADO O LA DEL PROPIO FABRICANTE, TODA VEZ QUE, DEBERAN CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA ESPECIFICACION DEL NUMERAL 1.2.11 "CON ESTIMULADOR ACUSTICO PARA PROVOCAR MOVIMIENTOS FETALES DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO O COMPATIBLE CON EL EQUIPO PROPUESTO (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE). "DESCRITA "CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO" PARA LA PARTIDA 36 CORRESPONDIENTE AL "CARDIOTOCOGRAFO." DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACION, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443446	BIOCARE SYSTEMS SAS DE CV	TÉCNICO	ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PAGINA 1	SERA A PARTIR DE 1 O VARIAS ÓRDENES DE SUMINISTRO?	NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA PUNTUAL A SU CUESTIONAMIENTO, TODA VEZ QUE NO ESPECIFICA DE MANERA CLARA LA PREGUNTA, LAS SOLICITUDES DE ACLARACION DEBERAN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS APARTADOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA, INDICANDO EL NUMERAL O APARTADO ESPECIFICO CON EL CUAL SE RELACIONA.
443447	BIOCARE SYSTEMS SAS DE CV	TÉCNICO	ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PAGINA 1	QUE PLAZO TIENE PARA LIBERAR ORDENES DE SUMINISTRO?	LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO PODRAN NOTIFICAR EL ANEXO NO. 4.9 "ORDENES DE SUMINISTRO" AL LICITANTE ADJUDICADO A PARTIR DEL DIA NATURAL SIGUIENTE ALINICIO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (2 DE ENERO DE 2024) Y HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024.
443448	BIOCARE SYSTEMS SAS DE CV	TÉCNICO	ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PAGINA 1	A PARTIR DE CADA ORDEN DE SERVICIO, SON 120 DÍAS NATURALES COMO MÁXIMO DE TIEMPO DE ENTREGA?	ES CORRETA SU APRECIACION, EL PLAZO DE ENTREGA PARA TODAS LAS PARTIDAS RELACIONADAS EN EL ANEXO 3.2 RELACION Y CANTIDAD DE BIENES SERA DE 120 DIAS NATURALES, LOS CUALES SERAN CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE NATURAL DE LA NOTIFICACION DEL ANEXO 4.9 ORDEN DE SUMINISTRO QUE REALICE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO AL LICITANTE ADJUDICADO.
443455	BIOCARE SYSTEMS SAS DE CV	TÉCNICO	ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PAGINA 1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ATENTAMENTE NOS ACLARE LO SIGUIENTE: ENTENDEMOS QUE SE LIBERARA UN CONTRATO CON MAXIMOS Y MÍNIMOS, PERO ESO ESTÁ SUJETO A QUE EL ADMINISTRADOR LIBERE LAS ORDENES DE SUMINISTRO?	ES CORRECTO, LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO ESPECIFICARAN EN CADA ANEXO 4.9 ORDEN DE SUMINISTRO, EL LUGAR Y CANTIDADES DE ENTREGA DE LOS BIENES SOLICITADOS DE CADA PARTIDA CON CARGO AL CONTRATO ABIERTO. ASIMISMO, SE MANIFIESTA QUE EL INSTITUTO SE OBLIGA A ADQUIRIR POR LO MENOS LAS CANTIDADES MINIMAS ESTABLECIDAS PARA CADA PARTIDA, Y ATENDIENDO A LAS NECESIDADES PROPIAS DEL MISMO, SERA OPCIONAL PARA EL INSTITUTO REQUERIR HASTA LAS CANTIDADES MAXIMAS ESTABLECIDAS EN CADA PARTIDA; SIENDO OBLIGATORIO PARA EL LICITANTE ADJUDICADO SUMINISTRAR LAS CANTIDADES QUE LE REQUIERA EL INSTITUTO, LAS CUALES ESTARAN COMPRENDIDAS DENTRO DEL RANGO DE LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS SEÑALADAS PARA PARTIDA, POR CONDUCTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO MEDIANTE EL ANEXO NO. 9 "ORDEN DE SUMINISTRO".
443476	BIOCARE SYSTEMS SAS DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.3. PARTIDA 55 Y ANEXO 3.1 PAGINA 76	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2), REQUIEREN QUE LAS CAMPANAS CUMPLAN CON LA NORMA INTERNACIONAL NSF49 LA CUAL GARANTIZA QUE SE TRABAJE CON VIRUS Y BACTERIAS, EVITANDO UNA CONTAMINACION CRUZADA, PROTEJIENDO AL USUARIO, LA MUESTRA Y EL AMBIENTE	SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, EN EL INCISO ANEXO UNO. ANEXO TECNICO, "PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO) SE ESTABLECE LO SIGUIENTE: ... E) NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL, NORMA DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES: PARA TODAS LAS PARTIDAS DE EQUIPO MÉDICO SE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD: • ISO-9001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD VIGENTE, O, • ISO-13485:2016 PRODUCTOS SANITARIOS GESTIÓN DE LA CALIDAD VIGENTE, O, • NORMA INDUSTRIAL DE JAPÓN (JIS) VIGENTE, O, • PROGRAMA DE AUDITORÍA ÚNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (MDSAP) VIGENTE, O, • REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTO SANITARIO MDR 2017-745, VIGENTE. PARA TODAS LAS PARTIDAS SE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES DE CALIDAD: ISO-9001:2015 SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD VIGENTE, O, ISO-13485:2016 PRODUCTOS SANITARIOS GESTION DE LA CALIDAD VIGENTE, O, NORMA INDUSTRIAL DE JAPON (JIS) VIGENTE, O, PROGRAMA DE AUDITORIA UNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS (MDSAP) VIGENTE, O, REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTO SANITARIO MDR 2017-745, VIGENTE. SE ACEPTA COMO ADICIONAL "PRESENTAR CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA INTERNACIONAL NSF49", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL, NORMA DE REFERENCIA O ESPECIFICACION TECNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443477	BIOCARE SYSTEMS SAS DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.3. PARTIDA 114 Y ANEXO 3.1 PAGINA 150	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL, REQUIEREN QUE LAS CAMPANAS CUMPLAN CON LA NORMA INTERNACIONAL NSF49 LA CUAL GARANTIZA QUE SE TRABAJE CON VIRUS Y BACTERIAS, EVITANDO UNA CONTAMINACION CRUZADA, PROTEJIENDO AL USUARIO, LA MUESTAR Y EL AMBIENTE	SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, EN EL INCISO ANEXO UNO. ANEXO TECNICO, "PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO) SE ESTABLECE LO SIGUIENTE: ... E) NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL, NORMA DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES: PARA TODAS LAS PARTIDAS DE EQUIPO MÉDICO SE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD: • ISO-9001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD VIGENTE, O, • ISO-13485:2016 PRODUCTOS SANITARIOS GESTIÓN DE LA CALIDAD VIGENTE, O, • NORMA INDUSTRIAL DE JAPÓN (JIS) VIGENTE, O, • PROGRAMA DE AUDITORÍA ÚNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (MDSAP) VIGENTE, O, • REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTO SANITARIO MDR 2017-745, VIGENTE. PARA TODAS LAS PARTIDAS SE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES DE CALIDAD: ISO-9001:2015 SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD VIGENTE, O, ISO-13485:2016 PRODUCTOS SANITARIOS GESTION DE LA CALIDAD VIGENTE, O, NORMA INDUSTRIAL DE JAPON (JIS) VIGENTE, O, PROGRAMA DE AUDITORIA UNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS (MDSAP) VIGENTE, O, REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTO SANITARIO MDR 2017-745, VIGENTE. SE ACEPTA COMO ADICIONAL "PRESENTAR CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA INTERNACIONAL NSF49", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL, NORMA DE REFERENCIA O ESPECIFICACION TECNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
443502	BIOCARE SYSTEMS SAS DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.3. PARTIDA 200 Y ANEXO 3.1 PAGINA 255	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL, REQUIEREN QUE LAS CAMPANAS CUMPLAN CON LA NORMA INTERNACIONAL NSF49 LA CUAL GARANTIZA QUE SE TRABAJE CON VIRUS Y BACTERIAS, EVITANDO UNA CONTAMINACION CRUZADA, PROTEJIENDO AL USUARIO, LA MUESTAR Y EL AMBIENTE	SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, EN EL INCISO ANEXO UNO. ANEXO TECNICO, "PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO) SE ESTABLECE LO SIGUIENTE: ... E) NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL, NORMA DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES: PARA TODAS LAS PARTIDAS DE EQUIPO MÉDICO SE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD: • ISO-9001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD VIGENTE, O, • ISO-13485:2016 PRODUCTOS SANITARIOS GESTIÓN DE LA CALIDAD VIGENTE, O, • NORMA INDUSTRIAL DE JAPÓN (JIS) VIGENTE, O, • PROGRAMA DE AUDITORÍA ÚNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (MDSAP) VIGENTE, O, • REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTO SANITARIO MDR 2017-745, VIGENTE. PARA TODAS LAS PARTIDAS SE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES DE CALIDAD: ISO-9001:2015 SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD VIGENTE, O, ISO-13485:2016 PRODUCTOS SANITARIOS GESTION DE LA CALIDAD VIGENTE, O, NORMA INDUSTRIAL DE JAPON (JIS) VIGENTE, O, PROGRAMA DE AUDITORIA UNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS (MDSAP) VIGENTE, O, REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTO SANITARIO MDR 2017-745, VIGENTE. SE ACEPTA COMO ADICIONAL "PRESENTAR CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA INTERNACIONAL NSF49", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL, NORMA DE REFERENCIA O ESPECIFICACION TECNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443505	BIOCARE SYSTEMS SAS DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.3. PARTIDA 207 Y ANEXO 3.1 PAGINA 264	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR , REQUIEREN QUE LAS CAMPANAS CUMPLAN CON LA NORMA INTERNACIONAL NSF49 LA CUAL GARANTIZA QUE SE TRABAJE CON VIRUS Y BACTERIAS, EVITANDO UNA CONTAMINACION CRUZADA, PROTEJIENDO AL USUARIO, LA MUESTAR Y EL AMBIENTE	SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, EN EL INCISO ANEXO UNO. ANEXO TECNICO, "PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO) SE ESTABLECE LO SIGUIENTE: ... E) NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL, NORMA DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES: PARA TODAS LAS PARTIDAS DE EQUIPO MÉDICO SE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD: • ISO-9001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD VIGENTE, O, • ISO-13485:2016 PRODUCTOS SANITARIOS GESTIÓN DE LA CALIDAD VIGENTE, O, • NORMA INDUSTRIAL DE JAPÓN (JIS) VIGENTE, O, • PROGRAMA DE AUDITORÍA ÚNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (MDSAP) VIGENTE, O, • REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTO SANITARIO MDR 2017-745, VIGENTE. PARA TODAS LAS PARTIDAS SE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES DE CALIDAD: ISO-9001:2015 SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD VIGENTE, O, ISO-13485:2016 PRODUCTOS SANITARIOS GESTION DE LA CALIDAD VIGENTE, O, NORMA INDUSTRIAL DE JAPON (JIS) VIGENTE, O, PROGRAMA DE AUDITORIA UNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS (MDSAP) VIGENTE, O, REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTO SANITARIO MDR 2017-745, VIGENTE. SE ACEPTA COMO ADICIONAL "PRESENTAR CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA INTERNACIONAL NSF49", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL, NORMA DE REFERENCIA O ESPECIFICACION TECNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
443508	BIOCARE SYSTEMS SAS DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.3. PARTIDA 133 Y ANEXO 3.1 PAGINA 174	MICROSCOPIO TRIOCULAR PARA MICROFOTOGRAFIA SOLICITAN EN EL PUNTO 1.5 REVOLVER PARA 5 OBJETIVOS, SIN EMBARGO SOLICITAN SOLO 4 OBJETIVOS ; POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS OFERTAR EQUIPO CON REVOLVER PARA 4 OBJETIVOS, PARA NO INTEGRAR UN DISPOSITIVO MAS COSTOSO QUE NO SERÁ UTILIZADO	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL: 1.5 REVOLVER PARA 5 OBJETIVOS, PARA LA PARTIDA: 133 MICROFOTOGRAFÍA, MICROSCOPIO TRIOCULAR PARA.", LA CARACTERISTICA: "REVOLVER PARA 4 OBJETIVOS", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
443510	BIOCARE SYSTEMS SAS DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.3. PARTIDA 134 Y ANEXO 3.1 PAGINA 176	MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA, SOLICITAN EN EL PUNTO 1.3 QUE EL EQUIPO CUENTE CON UNA RETRACCIÓN DE 100 MICRAS DURANTE EL ASCENSO. SOLICITAMOS SE ACEPTE EQUIPO CON UNA RETRACCIÓN DE 40 MICRAS	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.3 RETRACCIÓN DE 100 MICRAS DURANTE EL ASCENSO, PARA LA PARTIDA: 134 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA., LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
443511	BIOCARE SYSTEMS SAS DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PAGINA 42 PUNTO 4.1.2 INCISO I)	PARA CARGAR OPORTUNAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A ESTA LICITACION, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINION DEL IMSS CON FECHA DE 48 HORAS ANTES DE LA PRESENTACION Y APERTURA.	LA CONSULTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PODRÁ SER DE FECHA ANTERIOR AL EVENTO; SIN EMBARGO, SIN EXCEPCIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO EL O LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN PRESENTARLA VIGENTES EN SENTIDO POSITIVO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443644	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO DOS, D) LICENCIAS , PERMISOS	SI EL BIEN OFERTADO ESTA IDENTIFICADO COMO "SI REQ" NOS AUTORIZAN A PRESENTAR LA COPIA DEL COMPROBANTE DEL TRAMITE COFEPRIS04-001-B, SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVO MEDICO, EL CUAL FUE PRESENTADO EN DICIEMBRE DEL 20321 Y NO HAN ENTREGADO EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. ¿SE ACEPTA?, EL CUAL SE ENTREGARA CUANDO LA COFEPRIS NOS LO ENTREGUE.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. EL DOCUMENTO DENOMINADO COFEPRIS-04-001-B CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE AUTORIZACION SANITARIA PARA LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO, NO ASI AL REGISTRO SANITARIO PARA TAL EFECTO EN TERMINOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, POR LO QUE PARA AQUELLOS BIENES IDENTIFICADOS COMO "SI REQ." (SI REQUIERE) EN LA COLUMNA "REGISTRO SANITARIO" DEL ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES", DEBERA INTEGRAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, EXPEDIDO POR COFEPRIS, EN TÉRMINOS DE LO DESCRITO EN EL INCICO D) DEL "ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
443651	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8, ASPIRADOR ULTRASONICO. 1.2.4	SE PUEDE OFERTAR CON UNA PRESION DE ASPIRACION, MAXIMO DE 25.2 INHG O 640 MMHG. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "...PRESION DE ASPIRACION, MAXIMO DE 25.2 INHG O 640 MMHG...", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.2.4.2 MÁXIMO: 24INHG O 500 MMHG O MAYOR" DE LA PARTIDA 8 "ASPIRADOR ULTRASONICO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
443687	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8, ASPIRADOR ULTRASONICO	SE PERMITE OFERTAR TECNOLOGIA SUPERIOR Y ACTUALIZADA, COMPARADA CON LA DESCRIPCION CONTEMPLADA EN EL CUADRO BASICO. ¿SE ACEPTA?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL A LA PRESENTE PREGUNTA TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE "LAS CARACTERISTICAS SUPERIORES" QUE PRETENDE OFERTAR NI LOS NUMERALES ESPECIFICOS DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS CUYAS REFERENCIAS ASUME SON SUPERIORES. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACION QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERITICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE.
443692	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8. ASPIRADOR ULTRASONICO. 2.1.1.1	ENTENDEMOS QUE LAS DIMENCIONES DELAS PIEZAS DE MANO, EN CUANTO A LONGITUD SOLICITADA, ES INCLUYENDO LA PIEZA DE MANO MAS LA PUNTA . ¿ES CORRECTO?	NO ES CORECTA SU APREACIACIÓN. SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA EL NUMERAL 2.1.1.1 "DE 23 KHZ O 25 KHZ, O DE 34 KHZ A 36 KHZ. UNA (1) CON LONGITUD DE 100 MM O MAYOR Y UNA (1) CON LONGITUD DE 200MM, O MAYOR....", LA MEDIDA SOLICITADA SE REFIERE A LA LONGITUD DE LA PIEZA DE MANO.
443694	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8, ASPIRADOR ULTRASONICO. PUNTO 1.2.2	ELE EQUIPO DEBE MANEJAR DOS FRECUENCIAS 23 KHZ Y 36 KHZ, A ELEGIR POR EL CIRUJANO DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO, DEPENDIENDO DEL TEJIDO NO DESEADO A RETIRAR, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN CON RESPECTO A QUE SOLICITAMOS "QUE EL EQUIPO MANEJE DOS FRECUENCIAS COMO MÍNIMO, LO CUAL PUEDE SER 23 KHZ Y 36 KHZ". SE ACLARA QUE PODRÁ OFERTAR SISTEMA ULTRASÓNICO DE DOS FRECUENCIAS, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, SIN QUE SUS CARACTERÍSTICAS SEAN OBLIGATORIAS PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES. LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
443697	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8, ASPIRADOR ULTRASONICO. 2.1.2	AL PEDIR QUE LA PIEZA DE MANO SEA ANGULADA, ES CONSIDERANDO LA PIEZA DE MANO Y LA PUNTA, EN ESTE CASO ANGULAD, RESPETANDO LA LONGITUD EN CONJUNTO. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORECTA SU APREACIACIÓN. SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA EL NUMERAL 2.1.2 "DOS (2) PIEZAS DE MANO ANGULADAS...", SE REFIERE A QUE SE SOLICITAN DOS (2) PIEZAS DE MANO O ELEMENTO DE TRABAJO ANGULADAS O CURVAS, ES DECIR, QUE LA PIEZA O ELEMENTO DE TRABAJO CUENTE CON UNA ANGULACIÓN PARA MEJORAR LA ERGONOMÍA DE USO Y EVITAR LA FATIGA POR LARGOS PERIODOS DE TRABAJO, POR LO QUE TENDRÁ QUE OFERTAR PIEZA DE MANO SOLICITADA. SE REITERA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023
PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"
(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443700	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO DOS. D) LICENCIAS Y PERMISOS.	EN EL CASO QUE LA PARTIDA INDIQUE QUE SI REQUIERE REGISTRO SANITARIO, PODEMOS PRESENTAR OFICIO DE NOTIFICACION EXPEDIDO POR LA COFEPRIS , EN JUNIO DEL 2006, EN EL QUE INDICA QUE LA PARTIDA 24. CABEZAL DE MAYFIELD, NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. PARA LOS CASOS DE AQUELLOS QUE BIENES IDENTIFICADOS COMO "SI REQ." (SI REQUIERE) EN LA COLUMNA "REGISTRO SANITARIO" DEL ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES", EN LOS QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO, DEBERA PRESENTAR LA NOTIFICACION OFICIAL, EXPEDIDA POR LA COFEPRIS, CON FIRMA AUTOGRAFA Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE LA EMITE, QUE LO EXIMA DEL MISMO CON FECHA POSTERIOR A 22 DE DICIEMBRE DE 2014 "ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCION DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERISTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO."
443701	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8, ASPIRADOR ULTRASONICO. 2.4	NOS PERMITEN OFERTAR BOTELLAS DE RECOLECCION GRADUADAS , GENERICAS DE FABRICACION NACIONAL, CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS.¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "...BOTELLAS DE RECOLECCION GRADUADAS, GENERICAS DE FABRICACION NACIONAL...", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "2.4 BOTELLAS DE RECOLECCIÓN GRADUADAS, CON CAPACIDAD DE AL MENOS 1500 Ml...", SIEMPRE Y CUANDO SEA DEL VOLUMEN SOLICITADO, LO ANTERIOR SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
443720	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8. 2.6	NOS AUTORIZAN A OFERTAR PIEZAS DE MANO CON TECNOLOGIA PIEZOELECTRICA, LA CUAL NO REQUIERE DE ENFRIAMENTO POR AGUA, DANDO LA MISMA FUNCION, EN SU CASO MEJOR, YA QUE NO SE CALIENTA Y NO REQUIERE DE UN ENFRIAMIENTO ADICIONAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "...PIEZAS DE MANO CON TECNOLOGIA PIEZOELECTRICA...", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "2.6 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE PIEZAS DE MANO, POR AGUA, LO ANTERIOR SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
443842	VECO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES	INCISO B) PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA .- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIE EL PLAZO DE ENTREGA A MÁXIMO 150 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, LO ANTERIOR POR LAS CONDICIONES DE MANUFACTURA Y DE CALIDAD CON LA QUE SOLICITAN LOS EQUIPOS.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL PLAZO PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SERA DE 120 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE NATURAL DE LA NOTIFICACION DEL ANEXO 4.9 "ORDEN DE SUMINISTRO" QUE REALICE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO AL LICITANTE ADJUDICADO
443849	VECO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES	INCISO F) VISITA A INSTALACIONES.- MANIFESTAMOS QUE MI REPRESENTADA TIENE INTERES EN PARTICIPAR EN LAS PARTIDAS (55, 114, 200 Y 207) SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE , POR LO QUE SOLICITAMOS SEAN TAN AMABLES DE PROPORCIONARNOS LOS DATOS DE CONTACTO, NOMBRE, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO DE LOS DIRECTORES MÉDICOS DE LAS UNIDADES MEDICAS INDICADAS EN EL ANEXO 3.4 GUÍA DE DISTRIBUCIÓN.	SE ADJUNTA AL PRESENTE EL LISTADO Y DATOS DE CONTACTO DE LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO, FAVOR DE REFERIRSE A LA PRESICIÓN NO. 10

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023
PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"
(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443869	VECO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 3.4 GUIA DE DISTRIBUCIÓN	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDAN PROPORCIONAR DE FORMA ELECTRÓNICA UNA COPIA DE LOS PLANOS DE CADA UNIDAD MEDICA , LO ANTERIOR PARA QUE NOS SIRVAN COMO REFERENCIA PARA LA INSTLACIÓN DE LOS EQUIPOS.	SE HACE ENTREGA DE CD, CON 29 PLANOS, COMO SE ENLISTA: HOSPITAL: H.G.R. 260 CAMAS, CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, 4 PLANOS: A.AG0.1 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL PLANTA BAJA, A.AG1.2 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL PRIMER NIVEL, A.AG2.3 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL SEGUNDO NIVEL, A.AG3-7.4 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL TERCER A SÉPTIMO NIVEL. HOSPITAL: H.G.R. 216 CAMAS, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, 5 PLANOS: AQG-00 PLANTA BAJA ARQUITECTÓNICA. ETAPA 1, AQG-01 PLANTA PRIMER NIVEL ARQUITECTÓNICA. ETAPA 1, AQG-02 PLANTA SEGUNDO NIVEL ARQUITECTÓNICA. ETAPA 1, AQC-01 PLANTA DE CONJUNTO. ETAPA 1, PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CONJUNTO. ETAPA 1. HOSPITAL: H.G.R. 180 CAMAS "ZARAGOZA", ALCALDIA IZTAPALAPA, CDMX, 6 PLANOS: A-AQ-PB-03 ARQUITECTÓNICA PLANTA BAJA, A-AQ-N1-04, ARQUITECTÓNICA PLANTA PRIMER NIVEL, A-AQ-N2-05, ARQUITECTÓNICA PLANTA SEGUNDO NIVEL, A-AQ-N3-06 ARQUITECTÓNICA PLANTA TERCER NIVEL, A-AQ-S1-01 ARQUITECTÓNICA PLANTA SÓTANO 1, A-AQ-S2-02 ARQUITECTÓNICA PLANTA SÓTANO 2 HOSPITAL: H.G.Z. 90 CAMAS, NAVOJOA, SONORA, 4 PLANOS: A-ACJ-01 PLANTA BAJA DE CONJUNTO, A-AQG-01 PLANTA BAJA GENERAL, A-AQG-02 PLANTA GENERAL 1ER NIVEL, A-AQG-03 PLANTA GENERAL 2DO NIVEL. HOSPITAL: H.G.Z. 180 CAMAS, SAN ALEJANDRO, PUEBLA, 5 PLANOS: AQ-PB PLANTA BAJA DE CONJUNTO, AQ-N1 PLANTA PRIMER NIVEL, AQ-N2 PLANTA SEGUNDO NIVEL, AQ-N3 PLANTA TERCER NIVEL, AQ-N4 PLANTA CUARTO NIVEL HOSPITAL: H.G.Z. 70 CAMAS, TICUL, YUCATÁN, 2 PLANOS: AQG 01 PLANTA BAJA ARQUITECTÓNICA GENERAL, AQG-02 PLANTA PRIMER NIVEL ARQUITECTÓNICA GENERAL HOSPITAL: H.G.Z. 190 CAMAS, TUXTLA, CHIAPAS, 3 PLANOS: A-AG-00-0 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL PLANTA BAJA, A-AG-01-01 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL PRIMER NIVEL, A-AG-02-01 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL SEGUNDO NIVEL
443871	VECO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN	ENTENDEMOS QUE LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN LAS CEDULAS TÉCNICAS , SON LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS QUE SOLICITA LA CONVOCANTE Y QUE SE PUEDE OFERTAR ESPECIFICACIONES SUPERIORES, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE LA FUNCIÓN O TECNOLOGÍA QUE PRETENDE OFERTAR. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
443890	TECROM SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULAS DE DESCRIPCION	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS COMPARTA EL ANEXO 3.1 CEDULAS DE DESCRIPCION EN ARCHIVO EDITABLE. SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER LO ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443891	VECO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN	CLAVE: 531.422.0053.02.01 , 540.090.0057.00.01 Y 533.159.0017.02.01 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2), CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL Y CAMPANA DE FLUJO LAMINAR; ENTENDEMOS QUE PARA LOS PUNTOS 1.3,1.3 Y 1.2 RESPECTIVAMENTE, DONDE SOLICITAN EL EQUIPO "DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304", SOLICITAMOS QUE NOS ACLAREN SI EL ACERO TIPO 304 LO REQUIEREN EN LA TOTALIDAD DE LA CAMPANA, (INTERIOR Y EXTERIOR DEL EQUIPO) , O SOLAMENTE EN EL INTERIOR? PARA ESTE TIPO DE GABINETES DE BIOSEGURIDAD LA NOM-249-SSA1-2010 TIENE COMO REFERENCIA LA NOM-059-SSA1-2015 (VERSIÓN VIGENTE) INDICA EN EL PUNTO 8.3.5 QUE LOS MATERIALES QUE SE CONSIDEREN PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS EQUIPOS DE FABRICACIÓN Y LOS ACCESORIOS QUE ESTÉN EN CONTACTO DIRECTO CON EL PRODUCTO, DEBEN SER INERTES Y NO SER ABSORBENTES O ADSORBENTES. BAJO ESTE PUNTO Y CONSIDERANDO LAS BONDADES DEL ACERO INOXIDABLE AINSI 304 ALTA RESISTENCIA MECÁNICA, MAYOR HIGIENE, BAJO COSTE DE MANTENIMIENTO, RESISTENTE A LA TEMPERATURA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ESTE PUNTO PARA ESTAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES EN PRECIOS A LA HORA DE COTIZAR.	SE PRECISA QUE PARA LA PARTIDA: 55, PREI: 11895, SAI: 531.422.0053.02.01, DESCRIPCIÓN: CAMPANA DE FLUJO LAMINAR (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2), NUMERAL: 1.3 DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SIN UNIONES, PARTIDA: 114, PREI: 12229, SAI: 533.159.0132.01.01, DESCRIPCIÓN: CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL, NUMERAL: 1.3 DE ACERO INOXIDABLE, PARTIDA: 200, PREI: 18598, SAI: 540.090.0057.00.01, DESCRIPCIÓN: CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL, NUMERAL: 1.3 DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SIN UNIONES, PARTIDA: 207, PREI: 19201, SAI: 533.159.0017.02.01, DESCRIPCIÓN: CAMPANA DE FLUJO LAMINAR., NUMERAL: 1.3 DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SIN UNIONES, LA CARATERISTICA "ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SIN UNIONES" SOLO ES REQUERIDO EN LA PARTE INTERNA, DONDE SE REALIZA LA MANIPULACIÓN DE LAS MUESTRAS BIOLOGICAS.
443893	VECO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN- CLAVE: 533.159.0132.01.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL ; ENTENDEMOS QUE PARA EL PUNTO 1.3 DONDE SOLICITAN EL EQUIPO "DE ACERO INOXIDABLE ", SOLICITAMOS QUE NOS ACONFIRMEN SI LO REQUIEREN TIPO 304 Y SI ESTE ES EL MATERIAL REQUERIDO PARA LA TOTALIDAD DE LA CAMPANA, (INTERIOR Y EXTERIOR DEL EQUIPO) , O SOLAMENTE EN EL INTERIOR? PARA ESTE TIPO DE GABINETES DE BIOSEGURIDAD LA NOM-249-SSA1-2010 TIENE COMO REFERENCIA LA NOM-059-SSA1-2015 (VERSIÓN VIGENTE) INDICA EN EL PUNTO 8.3.5 QUE LOS MATERIALES QUE SE CONSIDEREN PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS EQUIPOS DE FABRICACIÓN Y LOS ACCESORIOS QUE ESTÉN EN CONTACTO DIRECTO CON EL PRODUCTO, DEBEN SER INERTES Y NO SER ABSORBENTES O ADSORBENTES. BAJO ESTE PUNTO Y CONSIDERANDO LAS BONDADES DEL ACERO INOXIDABLE AINSI 304 ALTA RESISTENCIA MECÁNICA, MAYOR HIGIENE, BAJO COSTE DE MANTENIMIENTO, RESISTENTE A LA TEMPERATURA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ESTE PUNTO PARA ESTAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES EN PRECIOS A LA HORA DE COTIZAR.	SE PRECISA QUE PARA LA PARTIDA: 114, PREI: 12229, SAI: 533.159.0132.01.01, DESCRIPCIÓN: CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICA, NUMERAL: 1.3 DE ACERO INOXIDABLE, LA CARATERISTICA "ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SIN UNIONES" SOLO ES REQUERIDO EN LA PARTE INTERNA, DONDE SE REALIZA LA MANIPULACIÓN DE LAS MUESTRAS BIOLOGICAS.
443894	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.3. PROPOSICIONES CONJUNTAS	EN ESTE PUNTO, SOLICITAN PRESENTAR EL FORMATO 6 "MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA. PREGUNTA: EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO PARTICIPE DE MANERA CONJUNTA, PODEMOS PRESENTAR EL ANEXO CON MARCA DE AGUA CON LA LEYENDA NO APLICA, PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 4.1.1. INCISO E DE LAS BASES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
443895	VECO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN- CLAVE : 531.422.0053.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PODEMOS OFERTAR EL EQUIPO CON HOROMETRO, MISMO QUE SERVIRA PARA CONOCER EL TIEMPO DE USO DEL EQUIPO? SIN SER LIMITATIVO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE COMO ADICIONAL A LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, LA CARACTERISTICA TECNICA "EQUIPO CON HOROMETRO", PARA LA PARTIDA 55 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2), SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. EL LICITANTE DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaracion	Seccion de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443897	VECO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN- CLAVE : 531.422.0053.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) PARA EL PUNTO 1.14 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR , REJILLA O PANTALLA DIFUSORA DE PROTECCIÓN PARA FILTRO ABSOLUTO DE INYECCIÓN , DEBIDO A QUE EL PONER LA PANTALLA LES DA LA VENTAJA DE CREAR UNIFORMIDAD DE LAVELOCIDAD DE AIRE EN LA ZONA DE TRABAJO., BRINDANDOLES TAMBIÉN LA PROTECCIÓN QUE SOLICITAN.	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL: 1.14 REJILLAS DE PROTECCIÓN PARA FILTRO ABSOLUTO, PARA LA PARTIDA: 55 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2).", LA CARACTERISTICA: "REJILLA O PANTALLA DIFUSORA DE PROTECCIÓN PARA FILTRO ABSOLUTO DE INYECCIÓN", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
443898	VECO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN- CLAVE : 533.159.0132.01.01, 540.090.0057.00.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL Y CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL. PARA EL PUNTO 1.12 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR , REJILLA O PANTALLA DIFUSORA DE PROTECCIÓN PARA FILTRO ABSOLUTO DE INYECCIÓN , DEBIDO A QUE EL PONER LA PANTALLA LES DA LA VENTAJA DE CREAR UNIFORMIDAD DE LAVELOCIDAD DE AIRE EN LA ZONA DE TRABAJO., BRINDANDOLES TAMBIÉN LA PROTECCIÓN QUE SOLICITAN.	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL: 1.12 REJILLAS DE PROTECCIÓN PARA FILTRO ABSOLUTO, PARA LAS PARTIDA: 114 PREI: 12229, SAI: 533.159.0132.01.01, DESCRIPCIÓN: CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL Y PARTIDA: 200, PREI: 18598, SAI: 540.090.0057.00.01, DESCRIPCIÓN: CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL, LA CARACTERISTICA: "REJILLA O PANTALLA DIFUSORA DE PROTECCIÓN PARA FILTRO ABSOLUTO DE INYECCIÓN", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
443899	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1. CEDULA DESCRIPTIVA	PARTIDA 40. PUNTO 3.3. EN ESTE PUNTO SOLICITAN ELECTRODOS MONOPOLARES DESECHABLES. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ELECTRODOS REUSABLES, DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA PUNTUAL A SU CUESTIONAMIENTO TODA VEZ QUE NO ESPECIFICA CUALES SON LOS" ELECTRODO REUSABLE DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE" A OFERTAR PARA EL NUMERAL 3.3 "ELECTRODOS MONOPOLARES DESECHABLES: (INCLUIR MARCA Y MODELOS Y/O NUMERO DE CATALOGO)" REFERENTE A LA PARTIDA 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA (GINECOLOGICA), POR LO QUE PARA QUE PUEDA SER CONSIDERADA DICHA CARACTERISTICA DEBERA ESPECIFICAR TIPO DE ELECTRODO MONOPOLAR REUSABLE QUE PRETENDE OFERTAR. NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
443900	VECO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN-CLAVE : 533.159.0132.01.01 Y 540.090.0057.00.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) Y CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL PARA EL PUNTO 1.16 , DONDE SOLICITAN CON UN NIVEL DE RUIDO MENOR DE 60DB, INFORMAMOS A LA CONVOCANTE QUE POR LO ROBUSTO DEL EQUIPO Y EL MOTOR QUE REQUIERE, POR SU PROPIA NATURALEZA EMITE VIBRACIONES QUE PUEDEN VARIAR EN UN RANGO DE 60 A 85 DB, SOLICITAMOS NOS ACEPTEN CON ÉSTA CARACTERISTICA, GARANTIZANDO AL INSTITUTO QUE NO REBASARÁ LO PERMITO POR LA NOM-011-STPS-2001 GARANTIZANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE GENERE RUIDO.	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL: 1.16 CON NIVEL DE RUIDO MENOR DE 60 DB, PARA LA PARTIDA: 55, PREI: 11895, SAI: 531.422.0053.02.01, DESCRIPCIÓN: CAMPANA DE FLUJO LAMINAR (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2), Y PARA EL NUMERAL: 1.14 CON NIVEL DE RUIDO MENOR DE 60 DB, PARA LA PARTIDA: 200 PREI: 18598, SAI: 540.090.0057.00.01, DESCRIPCIÓN: CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL, LA CARACTERISTICA: "CON NIVEL DE RUIDO DE 60 A 85 DB", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443901	VECO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN - CLAVE : 531.422.0053.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2) EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE EL SISTEMA AL QUE HICIMOS REFERENCIA CORRERÁ POR CUENTA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL? ¿ ES CRRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE LA FUNCIÓN O TECNOLOGÍA QUE PRETENDE OFERTAR. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
443903	VECO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN- CLAVE : 533 159.0017.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, PUNTO 1.5 DADA LA NATURALEZA DE LAS CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL, EN DONDE EL FLUJO DE AIRE RECORRE DE MANERA HORIZONTAL DESDE EL ELEMENTO FILTRANTE HACIA EL USUARIO, PROTEGIENDO DE CONTAMINACIÓN AQUELLO QUE SE ESTE MANIPULANDO DENTRO DE DICHO FLUJO, INCLUIR UNA VENTANA FRONTAL DESLIZABLE NO ES RECOMENDABLE PUES GENERA FLUJO TURBULENTO AL IMPACTAR DICHA VENTANA PERDIENDO ASÍ LAS CONDICIONES DE LAMINARIEDAD Y PUDIENDO GENERAR CONTAMINACIÓN EN AQUELLO QUE SE INTENTA PROTEGER ¿SE ACEPTA QUE LAS CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL NO TENGAN DICHA VENTANA FRONTAL DESLIZABLE?	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL: 1.5 CON VENTANA FRONTAL DESLIZABLE Y 1.5.1 ANTI-REFLEJANTE DE ULTRAVIOLETA (UV), PARA LA PARTIDA: PARTIDA: 207, PREI: 19201, SAI: 533.159.0017.02.01, DESCRIPCIÓN: CAMPANA DE FLUJO LAMINAR., NUMERAL: 1.3 DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SIN UNIONES, LA CARACTERISTICA: "QUE LA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL NO TENGAN DICHA VENTANA FRONTAL DESLIZABLE", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
443908	VECO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN- CLAVE: 531.422.0053.02.01 , 540.090.0057.00.0	DE ACUERDO A LAS MEDIDAS SOLICITADAS EN LOS EQUIPOS, ENTENDEMOS QUE LOS ESPACIOS ACTUALES EN CADA CEDE PLASMADA EN EL ANEXO 3.4 "GUIA DE DISTRIBUCIÓN" CUENTA CON LAS DIMENSIONES DE MÍNIMAS NECESARIAS PARA INGRESAR E INSTALAR LOS EQUIPOS. DESDE LA PUERTA DE ACCESO INICIAL, HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN, CONSIDERANDO PUERTAS, PASILLOS Y CUARTOS ¿ ES CORRECTA NUESTRA APRECIASIÓN?	SI, ADEMÁS SE CUENTA CON INFORMACIÓN REFERENTE A RUTAS DE ARRASTRE QUE SERÁN ENTREGADAS AL LICITANTE GANADOR
443912	VECO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN- CLAVE: 531.422.0053.02.01 , 540.090.0057.00.0	DE ACUERDO AL PUNTO 4 . "INSTALACIÓN", ENTENDEMOS QUE CADA UNIDAD PLASMADA EN EL ANEXO 3.4 "GUIA DE DISTRIBUCIÓN" CUENTA CON LAS INSTALACIONES ELECTRICAS NECESARIAS PARA CONECTAR LOS EQUIPOS CON EL VOLTAJE REQUERIDO	SI, EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE OBRA ES EL RESPONSABLE DE QUE LAS INSTALACIONES SE DEJAN A PIE DE SALA Y SE TIENE CONSIDERADA LA CARGA DE LOS EQUIPOS EN LOS TRASFORMADORES ELÉCTRICOS, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ DE CONSIDERAR LO INDICADO EN SUS GUIAS MECANICAS DE MANERA INTERNA
443913	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4.1.2 DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA	INCISO I: SOLICITAN OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. PREGUNTA; SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DOCUMENTO DEL MES EN EL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA Y EN CASO DE SER ADJUDICADOS NOS COMPROMETEMOS A PRESENTAR EL DOCUMENTO CON LA VIGENCIA ACTUALIZADA A LA FIRMA DEL CONTRATO ¿SE ACEPTA?	LA CONSULTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PODRÁ SER DE FECHA ANTERIOR AL EVENTO; SIN EMBARGO, SIN EXCEPCIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO EL O LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN PRESENTARLA VIGENTES EN SENTIDO POSITIVO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443914	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4.1.2. DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA.	INCISO P: AVISO DE PRIVASIDAD SIMPLIFICADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE NO ES NECESARIO INCLUIR A LA PROPUESTA EL FORMATO 11, EN EL ENTENDIDO QUE ESTE ES SOLO DE CARÁCTER INFORMATIVO ¿FAVOR DE ACLARAR?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
443916	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4.1.2. DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA.	INCISO P: AVISO DE PRIVASIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE NO ES NECESARIO INCLUIR A LA PROPUESTA EL FORMATO 12, EN EL ENTENDIDO QUE ESTE ES SOLO DE CARÁCTER INFORMATIVO ¿FAVOR DE ACLARAR?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
443918	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1. CEDULA DESCRIPTIVA	PARTIDA 40. PUNTO 3.3.1. EN ESTE PUNTO SOLICITAN 10 PIEZAS DE ELECTRODOS DESECHABLE TIPO CUCHILLA O ESPÁTULA. PREGUNTA: EN CASO DE QUE NOS PERMITAN OFERTAR ELECTRODOS MONOPOLARES REUSABLES, ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA AJUSTAR LA CANTIDAD A 5 PIEZAS DE ELECTRODO MONOPOLAR TIPO CUHILLA O ESPÁTULA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 3.3.1 "DIEZ(10) DE TIPO CUCHILLA O ESPATULA, (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO)" LA CARACTERISTICA " CINCO (5) PIEZAS DE ELECTRODO MONOPOLAR REUSABLES TIPO CUHILLA O ESPATULA", PARA LA PARTIDA 40 CORRESPONDIENTE A UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA (GINECOLÓGICA), SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
443919	VECO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN - CLAVE : 531.422.0053.02.01	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2 531.422.0053.02.01) EL EQUIPO REQUIERE DE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN COMPUESTO POR DUCTERIA, BANCO DE FILTROS Y MOTOR DE EXTRACCIÓN, ETC. , QUE FILTRE LOS PRODUCTOS O SUSTANCIAS QUE SE MANIPULEN EN LA ZONA DE TRABAJO, EQUIPO QUE NO SE ENCUENTRA DETALLADO EN LA CEDULA Y QUE SIN EMBARGO ES NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. ENTENDEMOS QUE PARA IGUALAR LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS LICITANTES ESTE SISTEMA DE EXTRACCIÓN SE TIENE QUE IMPACTAR EN EL PRECIO DE NUESTRA PROPUESTA? ENTENDIENDO QUE SERIA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES PARA ESTAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES.	SE PRECISA QUE TODAS LAS CARACTERISTICAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
443924	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.1.2 INCISO I	SOLICITAMOS QUE LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO ANTE EL IMSS, DE 5 DÍAS NATURALES PREVIOS AL ACTO DE APERTURA. ACEPTA?	LA CONSULTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PODRÁ SER DE FECHA ANTERIOR AL EVENTO; SIN EMBARGO, SIN EXCEPCIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO EL O LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN PRESENTARLA VIGENTES EN SENTIDO POSITIVO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
443925	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA TÉCNICA. 533.631.0106.01.01	MICRÓTOMO PARA CORTES EN PARAFINA. RETRACCIÓN DE 100 MICRAS LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA RETRACCIÓN MENOR A 100 MICRAS. ¿ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.3 RETRACCIÓN DE 100 MICRAS DURANTE EL ASCENSO, PARA LA PARTIDA: 134 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA., LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443926	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA TÉCNICA. 533.631.0106.01.01	MICRÓTOMO PARA CORTES EN PARAFINA. DESABASTE DE LA MUESTRA DE 1-300 MICRAS. ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR CUALQUIER EQUIPO CON UN CONTROL DE DEBASTE CON UN MARGEN IGUAL O SUPERIOR A 1-300 MICRAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE LA FUNCIÓN O TECNOLOGÍA QUE PRETENDE OFERTAR. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
443927	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA TÉCNICA. 533.631.0106.01.01	MICRÓTOMO PARA CORTES EN PARAFINA. MOVIMIENTO VERTICAL DE 52 MM. ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR CUALQUIER EQUIPO CON UN MOVIMIENTO VERTICAL IGUAL O SUPERIOR A 52 MM ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE LA FUNCIÓN O TECNOLOGÍA QUE PRETENDE OFERTAR. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
443928	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA TÉCNICA. 533.631.0106.01.01	MICRÓTOMO PARA CORTES EN PARAFINA. AVANCE TOTAL DEL ESPÉCIMEN. ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR CUALQUIER EQUIPO CON UN AVANCE TOTAL DEL ESPÉCIMEN IGUAL O SUPERIOR A 18 MM ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE LA FUNCIÓN O TECNOLOGÍA QUE PRETENDE OFERTAR. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
443929	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA TÉCNICA. 533.631.0106.01.01	MICRÓTOMO PARA CORTES EN PARAFINA. AVANCE TOTAL DEL ESPÉCIMEN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR CON FRASES PROPIAS DE NUESTRA CASA COMERCIAL. PARA ESTE CASO, "AVANCE TOTAL DEL ESPÉCIMEN" COMO "RANGO DE ALIMENTACIÓN HORIZONTAL". ¿ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL: 1.10 AVANCE TOTAL DEL ESPÉCIMEN 18 MM (16 MM ENTRE LOS PASOS DE LÍMITE AUDIBLE), PARA LA PARTIDA: 134 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA., LA CARACTERISTICA: "RANGO DE ALIMENTACIÓN HORIZONTAL", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
443930	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA TÉCNICA. 533.631.0106.01.01	MICRÓTOMO PARA CORTES EN PARAFINA. CONTROL DE RETRACCIÓN LATERAL LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS AMPLIÉ LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA REFERENTE A EL CONTROL DE RETRACCIÓN LATERAL. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	SE PRECISA QUE PARA LA PARTIDA: 134 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. PARA EL NUMERAL 1.7 CONTROL DE RETRACCIÓN LATERAL, EL EQUIPO DEBE PERMITIR EL "AJUSTE DE LA RETRACCIÓN DE LA MUESTRA". DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443931	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA TÉCNICA. 533.631.0155.03.01	MICRÓTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN. PARA CUCHILLAS DE BAJO PERFIL. LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON PORTA CUCHILLAS DE ALTO PERFIL EN EL ENTENDIDO DE QUE LA OFERTA ES SUPERIOR. ¿ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL Y SUS RESPECTIVOS NUMERALES: 1.9. PORTA-CUCHILLAS, 1.9.1. PARA CUCHILLAS DESECHABLES DE ALTO PERFIL, 1.9.2. PARA CUCHILLAS DESECHABLES DE BAJO PERFIL, 3 CONSUMIBLES, 3.3 CUCHILLAS DESECHABLES DE ALTO PERFIL (3 CAJAS DE 50 PIEZAS CADA UNA). (INDICAR MARCA Y NÚMERO DE PARTE). 3.4 CUCHILLAS DESECHABLES DE BAJO PERFIL (3 CAJAS DE 50 PIEZAS CADA UNA). (INDICAR MARCA Y NÚMERO DE PARTE). PARA LA PARTIDA: 135 MICRÓTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO., LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
443932	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA TÉCNICA. 533.631.0155.03.01	MICRÓTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN. ADAPTADOR PARA EXTENDER TEJIDOS. LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS AMPLIÉ LA DESCRIPCIÓN DE LA CEDULA REFERENTE AL ADAPTADOR PARA EXTENDER TEJIDOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	SE PRECISA QUE PARA LA PARTIDA: 135 MICRÓTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO. PARA EL NUMERAL: 1.11 CON ADAPTADOR PARA EXTENDER TEJIDOS., EL EQUIPO DEBE PERMITIR EL "EXTENDER EL TEJIDO PARA PODER MANIPULARLO". DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
443933	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA TÉCNICA. 533.631.0155.03.01	MICRÓTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN. CUCHILLAS DE BAJO PERFIL. LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 100 CUCHILLAS DE ALTO PERFIL EN LUGAR DE 50 DE BAJO PERFIL Y 50 DE ALTO PERFIL. EN EL ENTENDIDO DE QUE LA OFERTA ES SUPERIOR. ¿ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL Y SUS RESPECTIVOS NUMERALES: 3 CONSUMIBLES, 3.3 CUCHILLAS DESECHABLES DE ALTO PERFIL (3 CAJAS DE 50 PIEZAS CADA UNA). (INDICAR MARCA Y NÚMERO DE PARTE). 3.4 CUCHILLAS DESECHABLES DE BAJO PERFIL (3 CAJAS DE 50 PIEZAS CADA UNA). (INDICAR MARCA Y NÚMERO DE PARTE). PARA LA PARTIDA: 135 MICRÓTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO., LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
443934	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA TÉCNICA. 533.746.0108.01.01	PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS. CAPACIDAD DE 110 CASETES. ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR CUALQUIER EQUIPO CON UNA CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR A 110 MM ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE LA FUNCIÓN O TECNOLOGÍA QUE PRETENDE OFERTAR. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023
PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"
(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443935	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA TÉCNICA. 533.746.0108.01.01	PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS. CANASTILLAS DE TAMAÑOS DIFERENTES LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DOS CANASTILLAS CON UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE 120 CASETES. EN EL ENTENDIDO QUE LAS CESTAS PUEDEN SER UTILIZADAS PARA UNA CANTIDAD MENOR A SU CAPACIDAD MÁXIMA.	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL: 1.4 CANASTILLAS DE TAMAÑOS DIFERENTES: 1.4.1 UNA (1) DE 60 CASETES. 1.4.2 UNA (1) DE 120 CASETES., PARA LA PARTIDA: 136 PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS., LA CARACTERISTICA: "DOS CANASTILLAS CON UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE 120 CASETES", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
443936	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA TÉCNICA. 533.746.0108.01.01	PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS. PROGRAMACIÓN DE 1 MINUTO A 24 HORAS. ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR CUALQUIER EQUIPO CON UN RANGO DE PROGRAMACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 1MINUTO A 24 HORAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE LA FUNCIÓN O TECNOLOGÍA QUE PRETENDE OFERTAR. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
443937	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA TÉCNICA. 533.746.0108.01.01	PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS. RETRASO PROGRAMABLE DE 72 HORAS. ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR CUALQUIER EQUIPO CON UN RETRASO IGUAL O SUPERIOR A 72 HORAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE LA FUNCIÓN O TECNOLOGÍA QUE PRETENDE OFERTAR. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
443938	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA TÉCNICA. 533.746.0108.01.01	PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS. CAPACIDAD DE 4 PROGRAMAS. ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR CUALQUIER EQUIPO CON UNA CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR A 4 PROGRAMAS INDEPENDIENTES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE LA FUNCIÓN O TECNOLOGÍA QUE PRETENDE OFERTAR. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
443939	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA TÉCNICA. 533.819.0555.01.01	UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA. TANQUE CALEFACTOR CONTENEDOR DE AL MENOS 60 CASETES LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO, MOSTRANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA CAPACIDAD, DE ACUERDO A NUESTRA LITERATURA COMERCIAL. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE LA FUNCIÓN O TECNOLOGÍA QUE PRETENDE OFERTAR. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443940	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA TÉCNICA. 533.819.0555.01.01	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA. LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA MOSTRAR UNA CARTA POR LA CASA COMERCIAL INDICANDO QUE CUMPLE CON LA CAPACIDAD. ¿ACEPTA?	PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO PERMITE, CARTAS EMITIDAS POR CASAS COMERCIALES.
443941	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA TÉCNICA. 533.819.0555.01.01	UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA. FÓRCEPS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS AMPLIÉ LA DESCRIPCIÓN DE LAS PINZAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO	SE PRECISA QUE PARA LA PARTIDA: 141 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA. PARA LOS NUMERALES: 1.10 CALENTADOR DE FÓRCEPS (PINZAS). Y 3.2 CINCO (5) FÓRCEPS (PINZAS). (INDICAR MARCA Y NÚMERO DE PARTE). SE REQUIEREN LAS PINZAS PARA LA MANIPULACION DE LOS TEJIDOS Y EL EQUIPO DEBNERA DE CONTAR CON RECEPTACULOS PARA SU CALENTAMIENTO, DICHAS CARACTERISTICAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
443942	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA TÉCNICA. 533.860.0041.01.01	TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS. NO BREAK DE AL MENOS 15 MINUTOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA BATERÍA QUE SOPORTA HASTA 40 MINUTOS.	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL: 2 ACCESORIOS: 2.1 NO BREAK DE AL MENOS 15 MINUTOS DE RESPALDO (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO), PARA LA PARTIDA: 142 TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA, LA CARACTERISTICA: " BATERÍA QUE SOPORTA HASTA 40 MINUTOS.", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
443943	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA TÉCNICA. 533.860.0041.01.01	TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS. EOSINA EN SOLUCIÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EOSINA EN POLVO. ¿ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL: 3.5 UN (1) LITRO COLORANTE DE EOSINA EN SOLUCIÓN. (INDICAR MARCA). PARA LA PARTIDA: 142 TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDOS, EQUIPO PARA, LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
443944	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA TÉCNICA. 533.119.0263.02.01	BAÑO PARA FLOTACIÓN CON MOVIMIENTO CIRCULAR. CAPACIDAD NO MAYOR A 3 L LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA CAPACIDAD DE 3.5 L ¿ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL: 1.2 CAPACIDAD NO MAYOR A 3 LITROS, PARA LA PARTIDA: 206 BAÑO PARA FLOTACIÓN CON MOVIMIENTO CIRCULAR, LA CARACTERISTICA: " CAPACIDAD DE 3.5 L", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Seccion de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443945	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA TÉCNICA. 533.119.0263.02.01	BAÑO PARA FLOTACIÓN CON MOVIMIENTO CIRCULAR. MATERIAL QUE EVITE QUE SE ADHIERAN LOS CORTES A LAS PAREDES LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE ENTRE SUS CARACTERÍSTICAS NO SE ESPECIFIQUE ESTA SOLICITUD. EN EL ENTENDIDO QUE LOS CORTES NO SE ADHIEREN AL MATERIAL. ¿ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE LA FUNCIÓN O TECNOLOGÍA QUE PRETENDE OFERTAR. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
443946	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA TÉCNICA. 533.119.0263.02.01	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA. LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA MOSTRAR UNA CARTA POR LA CASA COMERCIAL INDICANDO QUE CUMPLE. ¿ACEPTA?	PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO PERMITE, CARTAS EMITIDAS POR CASAS COMERCIALES.
443947	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	TÉCNICO	CALIDAD	ENTENDEMOS QUE PARA AQUELLOS BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, SE PODRÁ PRESENTAR EL DOF 22 DE DICIEMBRE DE 2014 "ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO." ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECCIACION. PARA LOS CASOS DE AQUELLOS QUE BIENES IDENTIFICADOS COMO "SI REQ." (SI REQUIERE) EN LA COLUMNA "REGISTRO SANITARIO" DEL ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES", EN LOS QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO, DEBERA PRESENTAR LA NOTIFICACION OFICIAL, EXPEDIDA POR LA COFEPRIS, CON FIRMA AUTOGRAFA Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE LA EMITE, QUE LO EXIMA DEL MISMO CON FECHA POSTERIOR A 22 DE DICIEMBRE DE 2014 "ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCION DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERISTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO.". PARA EL CASO DE AQUELLOS BIENES SE ENCUENTREN IDENTIFICADOS COMO "NO REQ." (NO REQUIERE) EN LA COLUMNA "REGISTRO SANITARIO" DEL ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES", EL LICITANTE NO REQUIERE PRESENTAR DOCUMENTACION ALGUNA.
443952	VECO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN- CLAVE: 533.159.0132.01.01	CAMPANA DE FLUJO LAMIANAR VERTICAL, A SOLICITUD DE "LLAVE PARA TOMA DE OXIGENO", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INFORMACIÓN RESPECTO A LA PRESIÓN DE OXIGENO QUE DEBEMOS CONSIDERAR PARA NUESTRA PROPUESTA	SE PRECISA QUE LA PRESIÓN DE TRABAJO DE LA RED, CONFORME A LA NORMA DE DISEÑO DE INGENIERÍA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, INDICA LO SIGUEINTE: "LAS PRESIONES DE TRABAJO EN LAS TUBERÍAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SERÁN DE 3.87 KG/CM2 EN SU INICIO Y MÍNIMA DE 3.52 KG/CM2 EN LA SALIDA MURAL MÁS LEJANA. ESTAS PRESIONES SON MANOMÉTRICAS".
443968	VECO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PUEDA COMPARTIR CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN EN FORMATO EDITABLE	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER LO ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443969	MINDRAY MEDICAL MEXICO S DE RL DE CV	TÉCNICO	1.2. MEDIO Y CARÁCTER	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y DE ASEGURAR QUE ESTA COMPRA PRIORITARIA SE LLEVE A CABO SIN RIESGO DE DESABASTO PARA LOS HOSPITALES Y PACIENTES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERE ABRIR EL ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO A TODAS LAS PARTIDAS, ASÍ COMO ACEPTAR PROPOSICIONES DE EMPRESAS LICITANTES CONSTITUÍDAS EN MÉXICO, PERO OFERTANDO PRODUCTOS DE ORIGEN INTERNACIONAL FUERA DE LA COBERTURA DE TRATADOS INTERNACIONALES, CON LA CONDICIÓN DE QUE LOS EQUIPOS CUMPLAN A CABALIDAD CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA Y QUE TÉCNICAMENTE CUMPLAN CON LAS NORMAS, CERTIFICACIONES, CALIDAD, TECNOLOGÍA, ETC. LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE PERMITIR LA OFERTA DE EQUIPOS QUE CUMPLEN CON LAS DESCRIPCIONES Y QUE EN TÉRMINOS DE CALIDAD Y PRECIO, OFRECEN OPCIONES COMPETITIVAS Y LA OPORTUNIDAD DE GARANTIZAR LA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO.	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL CARÁCTER DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, POR LO CUAL SÓLO PODRÁN PARTICIPAR LICITANTES MEXICANOS Y EXTRANJEROS DE PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE, EL CUAL CONTENGA DISPOSICIONES EN MATERIA DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO QUE LO PERMITAN Y SE REFIERA A BIENES Y SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL O DE DICHOS PAÍSES, CONFORME A LAS REGLAS QUE PARA TALES EFECTOS FUERON EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA; ESPECÍFICAMENTE: TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ (T-MEC) (CAPÍTULO 13), TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ESTADO DE ISRAEL (TLC MÉXICO-ISRAEL) (CAPÍTULO VI), TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (TLC MÉXICO AELC) (CAPÍTULO V), ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, CONCERTACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, Y EN ESPECÍFICO LA DECISIÓN 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO CE-MÉXICO. (TLCUEM) (TÍTULO III), ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL JAPÓN (TLC MÉXICO-JAPÓN) (CAPÍTULO 11), TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE CHILE (TLC MÉXICO-CHILE) (CAPÍTULO 15 BIS), PROTOCOLO ADICIONAL DEL ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO (CAPÍTULO 8). (COLOMBIA, MÉXICO, CHILE Y PERÚ), TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (CAPÍTULO XV), TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TIPAT) (CAPÍTULO 15). (AUSTRALIA, BRUNÉI DARUSSALAM, CANADÁ, CHILE, JAPÓN, MALASIA, MÉXICO, NUEVA ZELANDA, PERÚ, SINGAPUR, VIETNAM), ACUERDO DE CONTINUIDAD COMERCIAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE (ACC MX-RU). ASIMISMO, EL ABASTECIMIENTO SIMULTANEO SOLO APLICA A LA PARTIDA 70.
443970	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.1. DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.1.1. INCISO I) DICE: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL IMSS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y ACUERDOS VIGENTES.	LA CONSULTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PODRÁ SER DE FECHA ANTERIOR AL EVENTO; SIN EMBARGO, SIN EXCEPCIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO EL O LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN PRESENTARLA VIGENTES EN SENTIDO POSITIVO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
443971	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO PUNTO 1.5 SE ENTIENDE, QUE EL HUMIDIFICADOR DEBE DE CONTAR CON CAMBIOS DE TEMPERATURA EN LA SALIDA DEL HUMIDIFICADOR Y SALIDA DE LA VÍA AÉREA EN MODO INVASIVO Y MODO NO INVASIVO, DEPENDIENDO DE LO SELECCIONADO POR EL USUARIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN RESPECTO A "SE ENTIENDE, QUE EL HUMIDIFICADOR DEBE DE CONTAR CON CAMBIOS DE TEMPERATURA EN LA SALIDA DEL HUMIDIFICADOR Y SALIDA DE LA VÍA AÉREA EN MODO INVASIVO Y MODO NO INVASIVO", FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.5 TEMPERATURA GRADUABLE" DE LA PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO DE CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRÓNICO, ESTABLECIDO EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO.
443972	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO PUNTO 1.7 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA CON ALARMAS PRECONFIGURADAS BASADAS EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA, QUE ALERTA A LOS USUARIOS SOBRE LA CAUSA Y GRAVEDAD DE LAS ALARMAS; LO ANTERIOR CUMPLE CON LA FUNCIÓN DE ALERTAR A LOS USUARIOS DE FALLAS DEL EQUIPO, ASÍ COMO SITUACIONES PARA ATENCIÓN INMEDIATA AL PACIENTE, AUNADO A ELLO INDICA LA CAUSA DE LA ALARMA PARA QUE ESTA PUEDA SER ATENDIDA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "TECNOLOGÍA CON ALARMAS PRECONFIGURADAS BASADAS EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA, QUE ALERTA A LOS USUARIOS SOBRE LA CAUSA Y GRAVEDAD DE LAS ALARMAS", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.7 CON ALARMAS PROGRAMABLES" DE LA PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO DE CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRÓNICO, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
443976	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA 216	NUMERAL 1.7.3 SOLICITANOS NOS PERMITA OFERTAR CON DISTANCIA ENTRE CADA POSTE O TRAVESAÑO DEL BARANDAL O BARANDILLA DE 23.5 CM, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DE OFERTAR COMO OPCIÓN "CON DISTANCIA ENTRE CADA POSTE O TRAVESAÑO DEL BARANDAL O BARANDILLA DE 23.5 CM", PARA EL NUMERAL 1.7.3 "CON DISTANCIA ENTRE CADA POSTE O TRAVESAÑO DEL BARANDAL O BARANDILLA DE 12 CM, COMO MÁXIMO.". FAVOR DE ATENDER LAS CARACTERISTICAS DE LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443977	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA 219	NUMERAL 1.5 SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR LONGITUD TOTAL CON EXTENSION DE CABECERA Y PIERNAS DE 208.6 CM, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LA PARTIDA 219, MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDÍA Y TRAUMATOLOGÍA), CON RESPECTO A LA CARACTERÍSTICA " NOS PERMITA OFERTAR LONGITUD TOTAL CON EXTENSION DE CABECERA Y PIERNAS DE 208.6 CM", TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ESTA DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO EN EL NUMERAL 1.5 " LONGITUD TOTAL CON EXTENSION DE CABECERA Y PIERNAS DE 210 CM + 20 CM", TODA VEZ QUE LO QUE SE SOLICITA ES UN EQUIPO QUE PUEDA EXTENDERSE + 20 CM. POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
443978	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 73 LAVADORA DE EQUIPO DE INHALOTERAPIA.	PUNTO 4.1, ESTOS EQUIPOS TIENEN UN CONSUMO ALTO DE ENERGÍA, POR LO CUAL SU FABRICACIÓN A 110 VOLTS NO ES RECOMENDABLE, AL NECESITAR REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS ESPECIALES, POR LO CUAL SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA UNIDAD DE SECADO A 220 VOLTS/ 60 HZ ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA COMO PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES, QUEDANDO SUJETO A LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO, Y DEBERÁ ESTAR CONSIDERADO EN LA GUÍA MECÁNICA EL REQUERIMIENTO ELÉCTRICO DE 110 V A 220 V
443979	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 99 UNIDAD DE SECADO PARA EQUIPO DE INHALOTERAPIA	PUNTO 1.11, DEBIDO A QUE NO EXISTE UNA NORMATIVA INTERNACIONAL O NACIONAL QUE DICTE LAS DIMENSIONES QUE DEBEN DE TENER ESTOS EQUIPOS Y CONSIDERANDO QUE ESTAS DIMENSIONES SON ACORDES AL DISEÑO Y/O TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA UNIDAD DE SECADO CON DIMENSIONES DE 190 CM DE ALTURA, 70 CM DE ANCHO Y 48 CM DE PROFUNDIDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA QUE SU REPRESENTADA OFERTE "UNIDAD DE SECADO CON DIMENSIONES DE 190 CM DE ALTURA, 71 CM DE ANCHO Y 78 CM DE PROFUNDIDAD", PARA EL NUMERAL "1.11 DIMENSIONES 220 CM DE ALTURA, 120 CM DE ANCHO Y 52 CM DE PROFUNDIDAD CON +/- 10% DE TOLERANCIA EN LAS TRES MEDIDAS" DE LA PARTIDA 99 UNIDAD DE SECADO PARA EQUIPO DE INHALOTERAPIA, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
443980	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 99 UNIDAD DE SECADO PARA EQUIPO DE INHALOTERAPIA	PUNTO 4.1, ESTOS EQUIPOS TIENEN UN CONSUMO ALTO DE ENERGÍA, POR LO CUAL SU FABRICACIÓN A 110 VOLTS NO ES RECOMENDABLE, AL NECESITAR REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS ESPECIALES, POR LO CUAL SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA UNIDAD DE SECADO A 220 VOLTS/ 60 HZ ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA COMO PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES, QUEDANDO SUJETO A LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO, Y DEBERÁ ESTAR CONSIDERADO EN LA GUÍA MECÁNICA EL REQUERIMIENTO ELÉCTRICO DE 110 V A 220 V
443981	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 110 AGITADOR ELÉCTRICO DE BÁSCULA.	PUNTO 1.2., SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE AGITAR TUBOS DE 10 – 20 MM DE DIÁMETRO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL 1.2 "QUE PERMITA MEZCLAR EL CONTENIDO DE TUBOS DE 12 A 17 MM", DE LA PARTIDA 110 AGITADOR ELÉCTRICO DE BÁSCULA, LA CARACTERISTICA TECNICA " TUBOS DE 10 – 20 MM DE DIÁMETRO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443982	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 110 AGITADOR ELÉCTRICO DE BÁSCULA.	PUNTO 1.3., SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN AGITADOR CON RANGO DE VELOCIDAD DE 2 A 40 R.P.M., YA QUE LA DIFERENCIA DE 1 R.P.M. EN EL RANGO INFERIOR NO INTERFIERE Y NO HACE UN DIFERENCIAL EN LA AGITACIÓN DE LOS TUBOS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL 1.3 "VELOCIDAD DE 1 A 20 RPM" DE LA PARTIDA 110 AGITADOR ELÉCTRICO DE BÁSCULA, LA CARACTERISTICA TECNICA " 2 A 40 R.P.M", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
443983	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 112 BAÑO CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA	PUNTO 1.5, DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE Y CON EL FIN DE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO, SOLICITAMOS PODER PROPONER ESTA CARACTERÍSTICA COMO: ESTABILIDAD +/-0,1 °C. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL 1.5 "CON VARIACIONES DE ± 0.2°C.", DE LA PARTIDA 112 BAÑO CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA, LA CARACTERISTICA TECNICA "ESTABILIDAD +/-0,1 °C", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
443984	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 113 BAÑO SIN CIRCULACIÓN DE AGUA	PUNTO 1.2., DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE ES DISTINTA SOLICITAMOS PROPONER ESTA CARACTERÍSTICA DE LA SIGUIENTE FORMA: REGULACIÓN ELECTRÓNICA Y LECTURA DIGITAL DE LA TEMPERATURA Y TIEMPO. PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE+5 °C HASTA 99,9 °C. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL 1.2 "CON DESPLIEGUE DIGITAL DE LA TEMPERATURA, ENTRE TEMPERATURA AMBIENTE Y 80°C.", DE LA PARTIDA 113 BAÑO SIN CIRCULACIÓN DE AGUA, LA CARACTERISTICA TECNICA "REGULACIÓN ELECTRÓNICA Y LECTURA DIGITAL DE LA TEMPERATURA Y TIEMPO. PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE+5 °C HASTA 99,9 °C", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
443985	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 113 BAÑO SIN CIRCULACIÓN DE AGUA	PUNTO 1.3. DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE ES DISTINTA SOLICITAMOS PROPONER ESTA CARACTERÍSTICA DE LA SIGUIENTE FORMA: PROTECCIÓN POR TERMOSTATO DE SEGURIDAD DE SOBRETEMPERATURA O POR FALTA DE LÍQUIDO, CON AJUSTE LIMITADOR DE LA TEMPERATURA Y REARME MANUAL SITUADO EN LA PARTE POSTERIOR DEL BAÑO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL 1.3 " TERMOSTATO ALTA PRECISIÓN", DE LA PARTIDA 113 BAÑO SIN CIRCULACIÓN DE AGUA, LA CARACTERISTICA TECNICA " PROTECCIÓN POR TERMOSTATO DE SEGURIDAD DE SOBRETEMPERATURA O POR FALTA DE LÍQUIDO, CON AJUSTE LIMITADOR DE LA TEMPERATURA Y REARME MANUAL SITUADO EN LA PARTE POSTERIOR DEL BAÑO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaracion	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443986	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 113 BAÑO SIN CIRCULACIÓN DE AGUA	PUNTO 1.4. DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE ES DISTINTA SOLICITAMOS PROPONER ESTA CARACTERÍSTICA DE LA SIGUIENTE FORMA: ESTABILIDAD: ±0,1 ° C. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL 1.4 " Con variaciones de± 0.2°C.", DE LA PARTIDA 113 BAÑO SIN CIRCULACIÓN DE AGUA, LA CARACTERISTICA TECNICA "ESTABILIDAD: ±0,1 ° C", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
443987	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 113 BAÑO SIN CIRCULACIÓN DE AGUA	PUNTO 1.5. DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE ES DISTINTA SOLICITAMOS PROPONER ESTA CARACTERÍSTICA DE LA SIGUIENTE FORMA: ELEMENTOS CALEFACTORES EN ACERO INOX. DE ALEACIÓN ESPECIAL INCOLOY RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y ALTA TEMPERATURA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL 1.5 " RESISTENCIA DE POCA PRECISIÓN,", DE LA PARTIDA 113 BAÑO SIN CIRCULACIÓN DE AGUA, LA CARACTERISTICA TECNICA " ELEMENTOS CALEFACTORES EN ACERO INOX. DE ALEACIÓN ESPECIAL INCOLOY RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y ALTA TEMPERATURA.", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
443988	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 117 CENTRÍFUGA CLÍNICA DE MESA PARA OCHO TUBOS.	PUNTO 1.14, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA CENTRIFUGA CON CÁMARA EN PLÁSTICO, LO CUAL NO DEMERITA EL DESEMPEÑO DE LA MISMA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, PARA EL NUMERAL 1.14 INTERIOR DE LA CENTRIFUGA EN ACERO INOXIDABLE. DE LA PARTIDA 117 CENTRIFUGA DE MESA PARA OCHO TUBOS, DE 13 X 100 MM., LA CARACTERISTICA TECNICA "CENTRIFUGA CON CAMARA EN PLASTICO ", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
443989	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 118 CENTRÍFUGA SEMIAUTOMÁTICA.	PUNTO 1.6, EL SISTEMA DE PARO MANUAL E DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA ANTERIOR, HOY EN DÍA LAS CENTRIFUGAS CUENTAN CON UN SISTEMA POR RAMPAS DE FRENADO, CON LO CUAL SE PROTEGEN LAS MUESTRAS AL NO REDUCIRSE LA VELOCIDAD EN FORMA BRUSCA, POR LO CUAL SOLICITAMOS PODER OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SI SE REFIERE A LA PARTIDA 119, SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL: 1.6 "SISTEMA DE PARO MANUAL". PARA LA PARTIDA: 119 CENTRIFUGA SEMIAUTOMÁTICA, LA CARACTERISTICA: "SISTEMA POR RAMPAS DE FRENADO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023
PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"
(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443990	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 125 ESTUFA BACTERIOLÓGICA DE 75 CM CON DOBLE PUERTA.	PUNTO 1.1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA INCUBADORA DE 92 CM DE ANCHO EXTERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL: 1.1 "ESTUFA BACTERIOLÓGICA DE 75 CM.". PARA LA PARTIDA: 125 ESTUFA BACTERIOLÓGICA DE 75 CM CON DOBLE PUERTA, LA CARACTERISTICA: " INCUBADORA DE 92 CM DE ANCHO EXTERIOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
443991	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 125 ESTUFA BACTERIOLÓGICA DE 75 CM CON DOBLE PUERTA.	PUNTO 1.3., SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA INCUBADORA CON RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE + 5° C HASTA 80 ° C ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL: 1.3 "TERMOSTATO PARA REGULACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 65ºC.". PARA LA PARTIDA: 125 ESTUFA BACTERIOLÓGICA DE 75 CM CON DOBLE PUERTA, LA CARACTERISTICA: "RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE + 5° C HASTA 80 ° C", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
443992	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 125 ESTUFA BACTERIOLÓGICA DE 75 CM CON DOBLE PUERTA.	PUNTO 1.4. LA ESCALA DE TEMPERATURA ESTABA ANTERIORMENTE EN EQUIPOS ANALÓGICOS, PARA PODER VISUALIZAR LA VARIACIÓN DE TEMPERATURA, HOY EN DÍA LA TECNOLOGÍA NOS PERMITE TENER UNA PANTALLA PARA DESPLEGAR LA TEMPERATURA, POR LO CUAL SOLICITAMOS NOS SEA PERMITIDO OFERTAR ESTA TECNOLOGÍA, SIENDO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL: 1.4 "T ESCALA DE TEMPERATURA CON DIVISIONES DE 1ºC.". PARA LA PARTIDA: 125 ESTUFA BACTERIOLÓGICA DE 75 CM CON DOBLE PUERTA, LA CARACTERISTICA: "PANTALLA PARA DESPLEGAR LA TEMPERATURA", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
443993	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 125 ESTUFA BACTERIOLÓGICA DE 75 CM CON DOBLE PUERTA.	PUNTO 1.6., DEBIDO A QUE LAS DIMENSIONES DE LA CÁMARA SON ACORDES A CADA FABRICANTE Y CON EL FIN DE QUE NO SE VEA LIMITADA NUESTRA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UNAS DIMENSIONES DE 50 X 60 X 50 CM ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL: 1.6 "CÁMARA CON DIMENSIONES DE 60 X 65 X 40 CM.", PARA LA PARTIDA: 125 ESTUFA BACTERIOLÓGICA DE 75 CM CON DOBLE PUERTA, LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGÚN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
443994	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 220 ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL	PUNTO 1.1.1.6., LA GRASA EN CAVIDAD VISCERAL ES MEDIDA EN EL MODULO DE GRASA VISCERAL, POR LO CUAL, CON EL FIN DE REFERENCIACIÓN, SOLICITAMOS PODER OFERTAR ESTE PUNTO COMO: VISCERAL ADIPOSE TISSUE (VAT). "TEJIDO ADIPOSO VISCERAL" ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA OFERTAR COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 1.1.1.6 !GRASA EN CAVIDAD VISCERAL" DE LA PARTIDA220 "ANALIZADOR CORPORAL PARA PACIENTES AMBULATORIOS" LA CARACTERISTICA "VISCERAL ADIPOSE TISSUE (VAT). "TEJIDO ADIPOSO VISCERAL"", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaracion	Seccion de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
443995	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 220 ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL	PUNTO 1.1.1.11., AGUA INTRACELULAR, ESTA MEDICIÓN SE OBTIENE MEDIANTE LA RELACIÓN DE AGUA EXTRACELULAR CON RESPECTO A AGUA CORPORAL TOTAL, PERO NO ESTÁ DE FORMA TEXTUAL EN LA INFORMACIÓN TÉCNICA, POR LO CUAL SOLICITAMOS PODER OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE FORMA: RELACIÓN DE AGUA EXTRACELULAR CON RESPECTO A AGUA CORPORAL TOTAL (ECW / TBW), VALOR ABSOLUTO EN %. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS Y EN ESPECIFICO PARA EL NUMERAL 1.1.1.11. "AGUA INTRACELULAR." SE ACEPTA REFERENCIAR LA CARACTERISTICA "RELACION DE AGUA EXTRACELULAR CON RESPECTO A AGUA CORPORAL TOTAL (ECW / TBW), VALOR ABSOLUTO EN %." PARA LA PARTIDA 220 "ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
443996	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 220 ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL	PUNTO 1.1.1.12. ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REFIEREN A ESTE PUNTO AL INDICA EL ÍNDICE DE MASA MAGRA Y EL ÍNDICE DE MASA GRASA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SE PRECISA QUE LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.1.1.12 "PESO SECO", DE LA PARTIDA 220 ANALIZADOR CORPORAL PARA PACIENTES AMBULATORIOS: DESCRIPCION EN LA CUAL, HACE REFERENCIA A LA FUNCION PARA DETERMINAR EL PESO ALCANZADO CUANDO YA NO SE CUENTA CON EXCESO O DEFICIENCIA DE LIQUIDO EN EL CUERPO.
443997	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 220 ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL	PUNTO 1.1.1.13. SOBE HIDRATACIÓN, ESTA DETERMINACIÓN SE OBTIENEN EN EL MODULO DE HIDRTACION, POR LO CUAL SOLCITAMOS NOS SEA PERMITIDO REFERENCIAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE FORMA: HIDRATACION (HYD): HYD = (100 X ECW) / (TBW-ECW) [%| ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS Y EN ESPECIFICO PARA EL NUMERAL 1.1.1.13. "SOBRE HIDRATACION", SE ACEPTA REFERENCIAR LA CARACTERISTICA "HIDRATACION (HYD): HYD = (100 X ECW) / (TBW-ECW) [%]." PARA LA PARTIDA 220 "ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL" ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
443998	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 220 ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL	PUNTO 2.2., SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATETA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA IMPRESORA DE CON VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 35 PÁGINAS POR MINUTO, LO CUAL DA UNA PRODUCCIÓN DE 2,100 HOJAS POR HORA SIENDO ESTO MUCHAS HOJAS PARA UN EQUIPO QUE ANALIZARA E IMPRIMARA UN REPORTE CADA HORA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA OFERTAR COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 2.2 "IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA A COLOR CON VELOCIDAD MINIMA DE 45 PPM Y DENSIDAD DE IMPRESION DE 1200X 1200 DPI. (INCLUIR MARCA Y MODELO). DE LA PARTIDA 220 "ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL" LA CARACTERISTICA "IMPRESORA CON VELOCIDAD DE IMPRESION DE 35 PAGINAS POR MINUTO, CON PRODUCCION DE 2,100 HOJAS", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
443999	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 220 ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL	PUNTO 2.2., SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA IMPRESORA CON UNA	NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA PUNTUAL A SU CUESTIONAMIENTO, TODA VEZ QUE NO ES CLARA LA PREGUNTA A LA PARTIDA EN LA QUE PRETENDE PARTICIPAR, LAS SOLICITUDES DE ACLARACION DEBERAN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS APARTADOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA, INDICANDO EL NUMERAL O APARTADO ESPECIFICO CON EL CUAL SE RELACIONA.
444000	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ESCRITOS, FORMATOS, CARTAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI TODOS LOS ESCRITOS, FORMATO O CARTAS, DEBERAN DIRIGIRSE DE LA SIGUIENTE MANERA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444001	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	F) VISITAS A LAS INSTALACIONES...	F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARÁN O COLOCARÁN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS, EN SU CASO. ENTENDEMOS QUE LA VISITA PARA LAS PARTIDAS QUE ASÍ LO DESCRIBAN EN EL ANEXO 3.3 PROPORCIONADO PODRÁ SER OPCIONAL Y EN CASO DE NO INDICARSE SE PODRÁ ENTREGAR UN ESCRITO EN FORMATO LIBRE EN EL QUE SE ESPECIFIQUE QUE NO APLICA PARA MI REPRESENTADA. ¿ES ESTO CORRECTO?	SE ACLARA QUE PARA LAS PARTIDAS QUE EN EL ANEXO 3.3 "REQUISITOS DE LOS BIENES" EN LA COLUMNA "VISITA A INSTALACIONES INSTITUCIONALES" APAREZCA LA LEYENDA "NO REQ." NO SON OBLIGATORIAS LAS VISITAS, SIN SER CAUSA DE DESECHAMIENTO, SIN EMBARGO, SE MANIFIESTA QUE PARA TODOS LOS CASOS, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA COMPROMISO CONFORME AL ANEXO 4.8 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACION Y DESINSTALACION DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERAN EN LAS UNIDADES DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, DETERMINADOS POR EL PERSONAL DE LAS UNIDADES MEDICAS RECEPTORAS Y QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL AREA DE INSTALACION Y/O DESINSTALACION DEL BIEN.
444002	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	J) GARANTÍAS DE ANTICIPOS....	J) GARANTÍAS DE ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE BIENES, CALIDAD DE SERVICIOS Y DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, QUE EN SU CASO APLIQUEN, LAS CUALES DEBEN INDICAR, SEGÚN SEA EL CASO. ENTENDEMOS QUE LO DESCRITO EN ESTE INCISO Y SUS SUBNUMERALES ES SOLO INFORMATIVO Y DEBERÁ ENTREGARSE POR EL LICITANTE ÚNICAMENTE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEL ANEXO DOS "TÉRMINOS Y CONDICIONES", INCISO J), LOS LICITANTES DEBERAN ADJUNTAR EN SU PROPUESTA LA CARTA DE GARANTIA DE LOS BIENES, SUS ACCESORIOS Y SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, DESCRITA EN EL PRIMER Y SEGUNDO PARRAFO DE ESE INCISO J).
444003	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	L) ESTABLECER LOS MECANISMOS ...	L) ESTABLECER LOS MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE. ENTENDEMOS QUE LO DESCRITO EN ESTE INCISO Y SUS SUBNUMERALES ES SOLO INFORMATIVO Y DEBERÁ CUMPLIRSE POR EL LICITANTE ÚNICAMENTE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. ¿ES ESTO CORRECTO?	SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
444004	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	ECONÓMICO	ANEXO TRES. FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA	ENTENDEMOS QUE EN EL FORMATO PROPORCIONADO COMO ANEXO TRES PROPUESTA ECONÓMICA, SOLO SE DEBERÁN COLOCAR LAS PARTIDAS A OFERTAR Y EN LAS QUE MI REPRESENTADA PARTICIPARÁ. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION. DEBERÁ PRESENTARSE CONFORME A LO SEÑALADO EN EL NUNERAL 4.3 PROPUESTA ECONÓMICA.
444005	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	TÉCNICO	FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES	PARA AQUELLOS BIENES DE ORIGEN NACIONAL, AL INCLUIR EQUIPOS FABRICADOS DIRECTAMENTE EN MÉXICO, LOS FABRICANTES DE LAS MARCAS NACIONALES CREAN SUS PROPIOS FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O MANUALES PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PARTIDAS ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, POR LO CUAL SOLICITAMOS SE PERMITA INCLUIR CARTA DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE EN LA QUE GARANTICE QUE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE PARA LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS O MANUALES SON AVALADAS POR EL FABRICANTE NACIONAL SIN QUE SE CONSIDERE MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL PRESENTAR FOLLETOS O CATÁLOGOS SIMILARES A LAS CÉDULAS TÉCNICAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PODRÁ PRESENTAR LA CARTA DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE, SIN EMBARGO, DICHO DOCUMENTO NO ES REQUERIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA POR LO QUE NO SERÁ CONTEMPLADO NI VÁLIDO PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
444007	VECO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 3.3 REQUISITOS PARA LOS BIENES	CON RELACIÓN A LA PARTIDA 114 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL Y 207 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR EN EL ANEXO 3.3 REFIERE QUE NO REQUIERE VISITA A INSTALACIONES, POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUE SI LOS BIENES SERÁN ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE LAS UNIDADES MENCIONADAS EN LA GUÍA DE DISTRIBUCIÓN.	LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS DONDE INDIQUE EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, EN CADA UNIDAD DESCRITA EN LA GUÍA DE DISTRIBUCIÓN (DE ACUERDO), SE ADJUNTA AL PRESENTE EL LISTADO Y DATOS DE CONTACTO DE LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO, FAVOR DE REFERIRSE A LA PRESICIÓN NO. 10

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444011	VECO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 3.3 REQUISITOS PARA LOS BIENES	CON RELACIÓN A LA PARTIDA (55)CAMPANA DE FLUJO LAMINAR (GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2), (114) CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL Y (207)CAMPANA DE FLUJO LAMINAR EN EL ANEXO 3.3 REFIERE QUE NO REQUIERE INSTALACIÓN, POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME ESTA INFORMACIÓN	REFERIRSE A PRESICIÓN NO. 3
444021	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 5	PARTIDA 5 ANTEOJOS EMPLOMADOS PUNTO 1.2.2. CAPA ANTIREFLEJANTE. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA CALIDAD DEL BIEN, ADEMÁS DE UNA CAPA ANTIREFLEJANTE, SE DEBA CONTAR CON UNA "CAPA ANTIRAYADURAS" QUE PERMITIRÁ MEJORAR SIGNIFICATIVAMENTE LA VIDA ÚTIL DEL BIEN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "CAPA ANTIRAYADURAS", COMO ADICIONAL PARA EL NUMERAL ""1.2.2 CAPA ANTI REFLEJANTE.", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
444022	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 5	PARTIDA 5 ANTEOJOS EMPLOMADOS PUNTO: 6 NORMAS-ESTÁNDARES VIGENTES: PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO SE DEBERÁ INCLUIR LA CERTIFICACIÓN ISO 13485 COMO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE PROPORCIONA UN MARCO DE BUENAS PRÁCTICAS QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO DE LA EMPRESA CON LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS DE ALTA CALIDAD, LO QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA EN LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN AL PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACLARA QUE TODOS LOS REQUISITOS, COMO SON CERTIFICADOS, REGISTROS SANITARIOS, CARTAS, ETC., SOLICITADOS EN EL ANEXO DOS "DOCUMENTOS RELATIVOS (TÉRMINOS Y CONDICIONES), INCISO D) "LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBEN CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIOS A CONTRTAR" SERÁN APLICABLES AL BIEN O EQUIPO PRINCIPAL, ASÍ COMO A SUS ACCESORIOS, CONSUMIBLES, Y CUALQUIER TIPO DE COMPONENTE QUE REQUIERA PARA SU FUNCIONAMIENTO, YA SEAN DE LA MISMA MARCA QUE EL BIEN PRINCIPAL O DE DIFERENTE MARCA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL INCISO D) REFERIDO.
444023	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21	PARTIDA 21 BLINDAJE PARA GONADAS PUNTO 1.4: CON CINTA VELCRO PARA SUJETARSE PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CORREA CON BROCHE PARA SUJETARSE" YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO AFECTA AL USO DEL BIEN Y OFRECE EL MISMO NIVEL DE SUJECIÓN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "CORREA CON BROCHE PARA SUJETARSE", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.4 CON CINTA VELCRO PARA SUJETARSE.", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
444024	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 21	PARTIDA 21 BLINDAJE PARA GONADAS PUNTO: 6 NORMAS-ESTÁNDARES VIGENTES: PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO SE DEBERÁ INCLUIR LA CERTIFICACIÓN ISO 13485 COMO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE PROPORCIONA UN MARCO DE BUENAS PRÁCTICAS QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO DE LA EMPRESA CON LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS DE ALTA CALIDAD, LO QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA EN LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN AL PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACLARA QUE TODOS LOS REQUISITOS, COMO SON CERTIFICADOS, REGISTROS SANITARIOS, CARTAS, ENTRE OTROS, SOLICITADOS EN EL ANEXO DOS "DOCUMENTOS RELATIVOS A (TÉRMINOS Y CONDICIONES), INCISO D) "LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBEN CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIOS A CONTRTAR" SERÁN APLICABLES AL BIEN O EQUIPO PRINCIPAL, ASÍ COMO A SUS ACCESORIOS, CONSUMIBLES, Y CUALQUIER TIPO DE COMPONENTE QUE REQUIERA PARA SU FUNCIONAMIENTO, YA SEAN DE LA MISMA MARCA QUE EL BIEN PRINCIPAL O DE DIFERENTE MARCA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL INCISO D) REFERIDO.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444025	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 30	PARTIDA: 30 COLLARÍN DE PLOMO PUNTO: 6 NORMAS-ESTÁNDARES VIGENTES: PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO SE DEBERÁ INCLUIR LA CERTIFICACIÓN ISO 13485 COMO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE PROPORCIONA UN MARCO DE BUENAS PRÁCTICAS QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO DE LA EMPRESA CON LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS DE ALTA CALIDAD, LO QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA EN LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN AL PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACLARA QUE TODOS LOS REQUISITOS, COMO SON CERTIFICADOS, REGISTROS SANITARIOS, CARTAS, ENTRE OTROS, SOLICITADOS EN EL ANEXO DOS "DOCUMENTOS RELATIVOS A (TÉRMINOS Y CONDICIONES), INCISO D) "LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBEN CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIOS A CONTRTAR" SERÁN APLICABLES AL BIEN O EQUIPO PRINCIPAL, ASÍ COMO A SUS ACCESORIOS, CONSUMIBLES, Y CUALQUIER TIPO DE COMPONENTE QUE REQUIERA PARA SU FUNCIONAMIENTO, YA SEAN DE LA MISMA MARCA QUE EL BIEN PRINCIPAL O DE DIFERENTE MARCA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL INCISO D) REFERIDO.
444026	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 35	PARTIDA 35 FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES PUNTO: 1.1 EQUIPO PORTÁTIL, QUE PERMITE LA LOCALIZACIÓN Y AMPLIFICACIÓN DEL LATIDO CARDIACO FETAL, CON FINES DE DIAGNÓSTICO, POR MÉTODO NO INVASIVO, POR EFECTO DOPPLER. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ OFERTAR UN EQUIPO POR EFECTO DE DOPPLER CONTINUO. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACEPTA OFERTAR COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 1.1 "EQUIPO PORTATIL, QUE PERMITE LA LOCALIZACION Y AMPLIFICACION DEL LATIDO CARDIACO FETAL, CON FINES DE DIAGNOSTICO, POR METODO NO INVASIVO, POR EFECTO DOPPLER." DE LA PARTIDA 35 " FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES" LA CARACTERISTICA "EQUIPO PORTATIL, QUE PERMITE LA LOCALIZACION Y AMPLIFICACION DEL LATIDO CARDIACO FETAL, CON FINES DE DIAGNOSTICO, POR METODO NO INVASIVO, POR EFECTO DOPPLER CONTINUO", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
444027	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 35	PARTIDA 35 FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES PUNTO: 1.1.2- DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA LCD O ELECTROLUMINISCENTE DE: PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA PANTALLA LCD DEBE SER DE AL MENOS 1.7", PARA PERMITIR UNA VISUALIZACIÓN CLARA AL USUARIO DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL, LA SEÑAL VISUAL DEL LATIDO CARDIACO FETAL Y EL INDICADOR DE BATERÍA BAJA. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.1.2 "CON DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA LCD O ELECTROLUMINISCENTE DE:" 1.1.2.1 "FRECUENCIA CARDIACA FETAL." 1.1.2.2 "SEÑAL VISUAL DE LATIDO CARDIACO. " 1.1.2.3 " INDICADOR DE BATERIA BAJA.". CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 35 "FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES", ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
444028	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 35	PARTIDA 35 FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES PUNTO: 3.1 AL MENOS CUATRO FRASCOS DE GEL CONDUCTOR DE 300 ML CADA UNO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL OFERTAR 5 FRASCOS DE GEL CONDUCTOR DE 250 ML DEBIDO A QUE SE TRATA DE UNA CANTIDAD SUPERIOR LA SOLICITADA. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, PARA EL NUMERAL 3.1 AL MENOS CUATRO FRASCOS DE GEL CONDUCTOR DE 300 ML CADA UNO. (INDICAR MARCA), LA CARACTERISTICA: " 5 FRASCOS DE GEL CONDUCTOR DE 250 ML (INDICAR MARCA)", PARA LA PARTIDA 35 "FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444029	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 35	PARTIDA 35 FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES PUNTO: 5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA TÉCNICA Y EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTOS EQUIPOS NO REQUIEREN MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASTARA CON PRESENTAR UNA CARTA EN DONDE SE ESPECIFIQUE QUE ESTOS EQUIPOS SON LIBRES DE MANTENIMIENTO Y SOLO APLICARÁ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CASO DE SER NECESARIO. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE ATENDER LA PRSICIÓN TÉCNICA NO. 3
444030	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 35	PARTIDA 35 FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES PUNTO: 3.2 AL MENOS 2 JUEGOS DE PILAS RECARGABLES (EN CASO DE USAR PILA RECARGABLE) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO. PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE SE DEBERÁ OFERTAR 2 JUEGOS DE PILAS RECARGABLES, UNO PARA EL FUNCIONAMIENTO INICIAL DEL EQUIPO Y UNO EXTRA PARA TENER DE RESPALDO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
444031	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 35	PARTIDA 35 FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES PUNTO: 1.1.7 PROCESADO DE AUTOCORRELACIÓN. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR MAYORES HERRAMIENTAS DE MONITOREO A LOS USUARIOS, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO CUENTE CON 3 MODOS DE OPERACIÓN PARA EL PROCESADO DE AUTOCORRELACIÓN: MANUAL, TIEMPO REAL Y PROMEDIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, PARA EL NUMERAL 1.1.7 PROCESADO DE AUTOCORRELACION, LA CARACTERISTICA: "3 MODOS DE OPERACION PARA EL PROCESADO DE AUTOCORRELACION: MANUAL, TIEMPO REAL Y PROMEDIO.", PARA LA PARTIDA 35 "FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARARACIONES, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
444032	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 35	PARTIDA 35 FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES PUNTO:2.2 CARGADOR DE BATERÍAS PARA PILAS RECARGABLES (DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA OFERTADA) O CABLE CONECTOR PARA CARGAR BATERÍA INTERCONSTRUIDA (DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA OFERTADA) PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE SE REQUIERE UN CARGADOR BATERÍAS PARA PILAS RECARGABLES DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA OFERTADA, POR LO QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL OFERTAR UN CARGADOR INTERCONSTRUIDO AL EQUIPO PRINCIPAL MIENTRAS SE ENTREGUE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN, EVITANDO ASÍ QUE SE PIERDAN LAS PILAS AL RETIRARLAS Y REDUCIENDO EL COSTO DE UN SEGUNDO EQUIPO PARA CARGAR LAS PILAS. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL PARA EL NUMERAL 2.2 CARGADOR DE BATERIAS PARA PILAS RECARGABLES (DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA OFERTADA) O CABLE CONECTOR PARA CARGAR BATERIA INTERCONSTRUIDA (DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA OFERTADA), LA CARACTERISTICA: "CARGADOR INTERCONSTRUIDO AL EQUIPO PRINCIPAL CON CABLE DE ALIMENTACION" , PARA LA PARTIDA 35 "FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
444033	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO PUNTO 1.8 SE ENTIENDE QUE EN EL HUMIDIFICADOR LA TEMPERATURA SE CONTROLA DE MANERA INDEPENDIENTE EN LA CÁMARA Y EN EL CIRCUITO RESPIRATORIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE OMITE MENCIONAR QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Seccion de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444034	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO PUNTO 3.1 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ACORDE A CADA TECNOLOGÍA SIEMPRE Y CUANDO SEA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN CONTINUA POSITIVA, NUESTRA TECNOLOGÍA CUENTA CON CIRCUITO DE RESPIRACIÓN INFANTIL CON CALEFACCIÓN ÚNICA CON CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN, COLECTOR DE PRESIÓN CON SALIDA DE 17 CMH20 Y GENERADOR CPAP (PARA CONEXIÓN A LA INTERFAZ DE LA TECNOLOGÍA A OFERTAR). LO ANTERIOR CUMPLE CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE SU REPRESENTADA OFERTE PARA EL NUMERAL 3.1 "DIEZ (10) PIEZAS DE SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL, ESTÉRIL Y DESECHABLE (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO) INTEGRADA POR:" DE LA PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO, LA CARACTERÍSTICA ACORDE A SU TECNOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓIN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON TODO LO REQUERIDO EN LA CORRESPONDIENTE CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, REITERANDO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444035	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO PUNTO 3.1.1.1 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR ACORDE A LA NOMENCLATURA DE TAMAÑO DE CADA FABRICANTE, NUESTRA TECNOLOGÍA, COMPATIBLE EN TAMAÑO AL SOLICITADO CUENTA CON 2 MEDIDAS, 3.0 MM DE DIÁMETRO DE NARINAS Y 2.0 MM EN EL ANCHO DEL TABIQUE. LO ANTERIOR ES COMPATIBLE ACORDE A LAS MEDIDAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "COMPATIBLE EN TAMAÑO AL SOLICITADO CUENTA CON 2 MEDIDAS, 3.0 MM DE DIÁMETRO DE NARINAS Y 2.0 MM EN EL ANCHO DEL TABIQUE", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "3.1.1.1 TRES (3) PIEZAS DE CÁNULA DEL NO. 00 O 7.5 FR" DE LA PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO DE CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRÓNICO, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444036	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO PUNTO 3.1.1.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR ACORDE A LA NOMENCLATURA DE TAMAÑO DE CADA FABRICANTE, NUESTRA TECNOLOGÍA, COMPATIBLE EN TAMAÑO AL SOLICITADO CUENTA CON 2 MEDIDAS, 4.0 MM DE DIÁMETRO DE NARINAS Y 3.0 MM EN EL ANCHO DEL TABIQUE. LO ANTERIOR ES COMPATIBLE ACORDE A LAS MEDIDAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "COMPATIBLE EN TAMAÑO AL SOLICITADO CUENTA CON 2 MEDIDAS, 4.0 MM DE DIÁMETRO DE NARINAS Y 3.0 MM EN EL ANCHO DEL TABIQUE", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "3.1.1.2 TRES (3) PIEZAS DE CÁNULA DEL NO. 0 O 9 FR" DE LA PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO DE CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRÓNICO, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444037	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO PUNTO 3.1.1.3 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR ACORDE A LA NOMENCLATURA DE TAMAÑO DE CADA FABRICANTE, NUESTRA TECNOLOGÍA, COMPATIBLE EN TAMAÑO AL SOLICITADO CUENTA CON 2 MEDIDAS, 5.0 MM DE DIÁMETRO DE NARINAS Y 4.0 MM EN EL ANCHO DEL TABIQUE. LO ANTERIOR ES COMPATIBLE ACORDE A LAS MEDIDAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "COMPATIBLE EN TAMAÑO AL SOLICITADO CUENTA CON 2 MEDIDAS, 5.0 MM DE DIÁMETRO DE NARINAS Y 4.0 MM EN EL ANCHO DEL TABIQUE", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "3.1.1.3 DOS (2) PIEZAS DE CÁNULA DEL NO. 2 O 10.5 FR" DE LA PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO DE CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRÓNICO, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444038	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO PUNTO 3.1.1.4 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR ACORDE A LA NOMENCLATURA DE TAMAÑO DE CADA FABRICANTE, NUESTRA TECNOLOGÍA COMPATIBLE EN TAMAÑO AL SOLICITADO CUENTA CON 2 MEDIDAS, 5.5 MM DE DIÁMETRO DE NARINAS Y 6.0 MM EN EL ANCHO DEL TABIQUE. LO ANTERIOR ES COMPATIBLE ACORDE A LAS MEDIDAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "COMPATIBLE EN TAMAÑO AL SOLICITADO CUENTA CON 2 MEDIDAS, 5.5 MM DE DIÁMETRO DE NARINAS Y 6.0 MM EN EL ANCHO DEL TABIQUE", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "3.1.1.4 DOS (2) PIEZAS DE CÁNULA DEL NO. 3 O 12 A 15 FR" DE LA PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO DE CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRÓNICO, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444039	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO PUNTO 3.1.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ESTE PUNTO SEA OPCIONAL ACORDE A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, NUESTRA TECNOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN CONTINUA POSITIVA NO REQUIERE DE CODOS PARA CONEXIÓN, DEBIDO A QUE POR EL DISEÑO DE LOS TUBOS DE FLUJO E INTERFAZ NO REQUIEREN DE ESTOS PARA SER CONECTADOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD RESPECTO A QUE EL NUMERAL 3.1.2 SEA OPCIONAL. SE REITERA QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444040	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO PUNTO 3.1.4 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR ACORDE A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, NUESTRA TECNOLOGÍA EMPLEA UN TUBO DE CONEXIÓN ENTRE EL BONETE Y CIRCUITO DE RESPIRACIÓN INFANTIL CON CALEFACCIÓN ÚNICA CON CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN, COLECTOR DE PRESIÓN CON SALIDA DE 17 CMH2O Y GENERADOR CPAP, QUE SE CONECTA AL HUMIDIFICADOR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN CONTINUA POSITIVA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR " NUESTRA TECNOLOGÍA EMPLEA UN TUBO DE CONEXIÓN ENTRE EL BONETE Y CIRCUITO DE RESPIRACIÓN INFANTIL CON CALEFACCIÓN ÚNICA CON CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN, COLECTOR DE PRESIÓN CON SALIDA DE 17 CMH2O Y GENERADOR CPAP, QUE SE CONECTA AL HUMIDIFICADOR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN CONTINUA POSITIVA", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "3.1.4 VEINTE (20) TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO)" DE LA PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO DE CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRÓNICO, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444041	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO PUNTO 3.1.5 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR ACORDE A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, NUESTRA TECNOLOGÍA EMPLEA UN BONETE CON BROCHE DE VELCRO EN LUGAR DE CINTAS VELCRO, PARA LA FIJACIÓN DE LA INTERFAZ NASAL QUE NO REQUIERE SEA FIJADO CON CINTAS VELCRO, AUNADO A ELLO SU DISEÑO PROPORCIONA MAYOR ESTABILIDAD DE LA INTERFAZ Y SUS COMPONENTES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN CONTINUA POSITIVA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR " NUESTRA TECNOLOGÍA EMPLEA UN BONETE CON BROCHE DE VELCRO EN LUGAR DE CINTAS VELCRO, PARA LA FIJACIÓN DE LA INTERFAZ NASAL", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "3.1.5 DIEZ (10) CINTAS DE VELCRO (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO)" DE LA PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO DE CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRÓNICO, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444042	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO PUNTO 3.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR CIRCUITO DESECHABLE TAMAÑO PACIENTE ADULTO, KIT DE CIRCUITO PARA ADULTOS DE DOBLE RAMA CON TECNOLOGÍA EVAQUA 2 Y FILTRO INSPIRATORIO/ESPIRATORIO, LA TECNOLOGÍA PROPIA DENOMINADA "EVAQUA 2" PERMITE QUE EL VAPOR DE AGUA SE DIFUNDA HACIA FUERA A TRAVÉS DE LA PARED DEL RAMAL ESPIRATORIO ANTES DE QUE PUEDA CONDENSARSE EN FORMA DE LÍQUIDO DENTRO DEL RAMAL ESPIRATORIO. EL RESULTADO ES UN CIRCUITO FÁCIL DE USAR QUE FACILITA UN SISTEMA CERRADO Y PUEDE REDUCIR LAS INTERVENCIONES DEL MÉDICO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "CIRCUITO DESECHABLE TAMAÑO PACIENTE ADULTO, KIT DE CIRCUITO PARA ADULTOS DE DOBLE RAMA CON TECNOLOGÍA EVAQUA 2 Y FILTRO INSPIRATORIO/ESPIRATORIO", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "3.2 DIEZ (10) CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE TAMAÑO ADULTO (DIÁMETRO INTERNO: 22 MM) CADA UNO CON TRAMPA DE AGUA Y CÁMARA PARA HUMIDIFICADOR, DESEHCABLES (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO)" DE LA PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO DE CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRÓNICO, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444043	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO PUNTO 3.3 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR CIRCUITO DESECHABLE TAMAÑO PEDIÁTRICO ADULTO, KIT DE CIRCUITO DE RESPIRACIÓN INFANTIL DE DOBLE RAMA CON TECNOLOGÍA EVAQUA 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN (FLUJO > 4 L/MIN), LA TECNOLOGÍA PROPIA DENOMINADA "EVAQUA 2" PERMITE QUE EL VAPOR DE AGUA SE DIFUNDA HACIA FUERA A TRAVÉS DE LA PARED DEL RAMAL ESPIRATORIO ANTES DE QUE PUEDA CONDENSARSE EN FORMA DE LÍQUIDO DENTRO DEL RAMAL ESPIRATORIO. EL RESULTADO ES UN CIRCUITO FÁCIL DE USAR QUE FACILITA UN SISTEMA CERRADO Y PUEDE REDUCIR LAS INTERVENCIONES DEL MÉDICO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "CIRCUITO DESECHABLE TAMAÑO PEDIÁTRICO ADULTO, KIT DE CIRCUITO DE RESPIRACIÓN INFANTIL DE DOBLE RAMA CON TECNOLOGÍA EVAQUA 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN (FLUJO > 4 L/MIN)", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "3.3 DIEZ (10) CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE TAMAÑO PEDIÁTRICO (DIÁMETRO INTERNO: 15 MM) CADA UNO CON TRAMPA DE AGUA Y CÁMARA PARA HUMIDIFICADOR, DESEHCABLES (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO)" DE LA PARTIDA 60 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO DE CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRÓNICO, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444044	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 65 LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED PUNTO 1.2.1 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGIA SUPERIOR Y DE MAYOR UTILIDAD CLÍNICAMENTE, QUE PROPORCIONE INTENSIDAD DE LUZ DE 20,000 LUXES A UNA DISTANCIA DE 100 CM, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE UNA "INTENSIDAD DE LUZ DE 20,000 LUXES A UNA DISTANCIA DE 100 CM" CORRESPONDIENTE A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL NUMERAL. 1.2.1 "QUE PROPORCIONE UNA INTENSIDAD DE LUZ DE 20,000 LUXES O MAYOR, A UNA DISTANCIA ENTRE 40 Y 60 CM", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444045	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 65 LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED PUNTO 1.2.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGIA PROPIA DE CADA FABRICANTE DE AL MENOS 4,000 K QUE NO REPRESENTA UNA TECNOLOGIA INFERIOR, YA QUE PERMITE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA LA EXAMINACIÓN DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS, ESTO SUSTENTADO CON DOCUMENTOS Y MANUALES DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL: 1.2.2 "TEMPERATURA DE COLOR ENTRE 5,000 GRADOS KELVIN Y 6,500 GRADIS KELVIN ", PARA LA PARTIDA: 65 LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED. LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO
444046	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 65 LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED PUNTO 1.3 ENTENDEMOS QUE, AL SOLICITAR UN CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA, LA CONVOCANTE HACE REFERENCIA A UNA ESTRUCTURA INFERIOR A LOS 100 MM DE DIAMETRO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, CON RESPECTO A "AL SOLICITAR UN CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA, LA CONVOCANTE HACE REFERENCIA A UNA ESTRUCTURA INFERIOR A LOS 100 MM DE DIAMETRO", SIN EMBARGO, SE ACEPTA OFERTAR UN CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA CON UNA ESTRUCTURA INFERIOR A LOS 100MM DE DIAMETRO PARA EL NUMERAL 1.3 "CABEZAL DE ILUMINACION COMPACTA" DE LA PARTIDA 65 LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444047	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 65 LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED PUNTO 1.4 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE DE DOBLE BRAZO MÓVIL QUE OFREZCA UNA LONGITUD TOTAL SUPERIOR A LOS 100 CM, ESTO ADICIONAL A LOS GRADOS DE LIBERTAD DE MOVIMIENTO QUE OFRECE EL SISTEMA PARA SU AJUSTE, OFRECIENDO CON ESTO UNA TECNOLOGÍA ADAPTABLE A CADA USUARIO Y PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, REFERENTE A " DOBLE BRAZO MÓVIL QUE OFREZCA UNA LONGITUD TOTAL SUPERIOR A LOS 100 CM"FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL: 1.4 "LONGITUD DEL BRAZO FLEXIBLE DE 100CM COMO MINIMO ", PARA LA PARTIDA: 65 LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED. LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO
444048	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 89 OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL PUNTO 1.1.3 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR FRECUENCIA DEL RANGO DE 25 A 240 LATIDOS POR MINUTO. AL DETECTARSE BRADICARDIAS ESTAS SE DETECTAN EN PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y NEONATALES EN LATIDOS MENORES A 60 Y 90 LATIDOS POR MINUTO RESPECTIVAMENTE; Y SE IDENTIFICAN Y CONSIDERAN TAQUICARDIAS EN MAYORES A 100 Y 182 LATIDOS POR MINUTO RESPECTIVAMENTE, POR LO QUE UN RANGO DE 25 A 240 LATIDOS POR MINUTO SATISFACE AMPLIAMENTE LOS RANGOS PARA LA DETECCIÓN DE ANOMALÍAS DETECTADAS EN LA FRECUENCIA CARDIACA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 1.1.3 "FRECUENCIA DE PULSO DEL RANGO DE 18 PULSOS POR MINUTO A 300 PULSOS POR MINUTO." DE LA PARTIDA 89 "OXIMETRO DE PULSO PORTATIL" LA CARACTERISTICA "FRECUENCIA DE PULSO DEL RANGO DE 25 PULSOS POR MINUTO A 240 LATIDOS POR MINUTO.", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444049	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 89 OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL PUNTO 1.1.6 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE CONSERVAR POR MAYOR TIEMPO LA MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE PARA UN ANÁLISIS DETALLADO, SOLICITAR LA MEMORIA DE ALMACENAMIENTO SEA DE AL MENOS 96 HORAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 1.1.6 "MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE 18 HORAS DE DATOS DEL PACIENTE COMO MINIMO." DE LA PARTIDA 89 "OXIMETRO DE PULSO PORTATIL" LA CARACTERISTICA "MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE 96 HORAS DE DATOS DEL PACIENTE", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
444050	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 89 OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL PUNTO 1.1.4 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, NUESTRA TECNOLOGÍA PROPORCIONA UN INDICADOR DE LA VALORACIÓN DE LA CONFIANZA EN EL VALOR DE SPO2 MOSTRADO, MEDIANTE UNA BARRA QUE INDICA MAYOR O MENOR CONFIANZA EN LA MEDICIÓN, DEPENDIENDO SI LA BARRA VERTICAL ES ALTA O BAJA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 1.1.4 "LED O BARRA DE COLOR PARA INDICAR LA CALIDAD DE LA SEÑAL DE PERFUSION RECIBIDA." DE LA PARTIDA 89 "OXIMETRO DE PULSO PORTATIL" LA CARACTERISTICA "INDICADOR DE LA VALORACION DE LA CONFIANZA EN EL VALOR DE SPO2 MOSTRADO, MEDIANTE UNA BARRA QUE INDICA MAYOR O MENOR CONFIANZA EN LA MEDICION, DEPENDIENDO SI LA BARRA VERTICAL ES ALTA O BAJA", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
444051	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 89 OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL PUNTO 1.1.10. PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR, CON TECLADO TÁCTIL, LO QUE EVITA LA ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD EN EL TECLADO Y TIENE MAYOR DURACIÓN ANTE UNA MANIPULACIÓN CONSTANTE EN SU TECLADO, ASÍ MISMO CUMPLE CON LAS FUNCIONES SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 1.1.10 "TECLADO PLANO DE MEMBRANA." DE LA PARTIDA 89 "OXIMETRO DE PULSO PORTATIL" LA CARACTERISTICA "TECLADO TACTIL", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
444052	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 89 OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL PUNTO 1.1.13 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE, QUE SE CARGA MEDIANTE CA CON SU PROPIO CABLE DE ALIMENTACIÓN. LO ANTERIOR CUMPLE CON LA FUNCIÓN SOLICITADA Y EVITA EL EXTRAVÍO DE BATERÍAS Y POR ENDE LA NO FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 1.1.13 "QUE OPERE CON BATERIAS RECARGABLES, EN RELACION A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO. INCLUIR CARGADOR DE BATERIAS." DE LA PARTIDA 89 "OXIMETRO DE PULSO PORTATIL" LA CARACTERISTICA "QUE OPERE CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE, CON SU CABLE DE ALIMENTACION", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
444053	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 89 OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL PUNTO 3.1 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL ACORDE A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE Y CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA QUE ASEGURE EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE, PARA EL PUNTO 3.1 "3.1 AL MENOS DOS JUEGOS DE BATERÍAS RECARGABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO." PARA LA PARTIDA 89 " OXIMETRO DE PULSO PORTATIL". EN CASO DE QUE EL EQUIPO QUE OFERTE "CUENTE CON BATERIA INTERNA RECARGABLE Y CON EL CABLE DE ALIMENTACION DE CA", PODRA OFERTAR DICHA CARACTERISTICA COMO OPCION, MISMA QUE ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE,NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444054	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 1.6 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE PERMITA OFERTAR UNA BASE CON CUBIERTA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO DE POLVO, CARACTERÍSTICA QUE CUMPLE CON LA FUNCIÓN SOLICITADA Y NO AFECTA EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, REFERENTE A " OFERTAR UNA BASE CON CUBIERTA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO DE POLVO, "FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL: 1.6 "CON BASE DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO AL CROMO NÍQUEL ", PARA LA PARTIDA: 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) . LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
444055	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 1.12.1. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PERMITA OFRECER UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR PARA ELEVACIÓN Y DESCENSO QUE CUBRA EL RANGO DE 60 A 110 CM, CON RESPECTO AL PISO, FACILITANDO ASÍ LA ACCESIBILIDAD DE LOS PACIENTES A LA MESA AL MOMENTO DE LA CIRUGÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE UNA "ELEVACIÓN Y DESCENSO QUE CUBRA EL RANGO DE 60 A 110 CM, CON RESPECTO AL PISO" CORRESPONDIENTE A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL NUMERAL. 1.12.1 "ELEVACIÓN Y DESCENSO QUE CUBRA EL RANGO DE 70 A 110 CM +/- 10CM. CON RESPECTO AL PISO",PARA LA PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDÍA Y TRAUMATOLOGÍA) SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444056	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 1.12.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGIA SUPERIOR Y DE MAYOR UTILIDAD PARA EL ÁREA CLÍNICA QUE CUBRA LA POSICIÓN DE FOWLER O SEMIFOWLER, DE -50°/ +90°. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE UNA " POSICIÓN DE FOWLER O SEMIFOWLER, DE -50°/ +90°" CORRESPONDIENTE A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL NUMERAL. 1.12.2 "INCLINACIÓN DEL RESPALDO,PARA DAR POSICIÓN DE FOWLER O SEMIFOWLER DE -35°/+70° O MAYOR",PARA LA PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDÍA Y TRAUMATOLOGÍA) SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444057	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 ANEXO TECNICO	PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 1.12.6 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGIA SUPERIOR Y DE MAYOR UTILIDAD PARA EL ÁREA CLÍNICA QUE TENGA UNA INCLINACIÓN LATERAL IZQUIERDA Y DERECHA DE 25°. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE UNA " INCLINACIÓN LATERAL IZQUIERDA Y DERECHA DE 25°." CORRESPONDIENTE A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL NUMERAL. 1.12.6 "INCLINACION LATERAL IZQUIERDA Y DERECHA DE 20° O MAYOR",PARA LA PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDÍA Y TRAUMATOLOGÍA) SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444065	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULAS DE DESCRIPCIÓN PARTIDA 70 PUNTO 1.3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE TIPO DE SISTEMA DEBE CONTROLAR EL MOVIMIENTO VERTICAL DE LA PUERTA	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA LA PARTIDA: 70 LAVADORA DESCONTAMINADORA, RESPECTO AL NUMERAL 1.3 PUERTA CON SISTEMA DE APERTIRA AUTOMATICA, DESLIZABLE VERTICALMENTE, DE VIDRIO TEMPLADO. ES SOLO DE UNA PUERTA LA CUAL DEBERA SER DE APERTURA Y CIERRE AUTOMATICO, DESLIZABLE Y QUE CUENTE CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA PUERTA DURANTE EL PERIODO DE LAVADO Y DESCONTAMINACIÓN. NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444066	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULAS DE DESCRIPCIÓN PARTIDA 70 PUNTO 1.6	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUE SI EL RACK DEBE TENER CONECTORES PROPIOS PARA EL SISTEMA DE INYECCIÓN DE AGUA	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ES "RACK DE CARGA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 PARA LA COLOCACIÓN DE CANASTILLAS PARA INSTRUMENTAL" COMO SE ESPECIFICA EN EL NUMERAL 1.6 DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO. SIN EMBARGO, SE ACEPTA OFERTAR "RACK DEBE TENER CONECTORES PROPIOS PARA EL SISTEMA DE INYECCIÓN DE AGUA" PARA LA PARTIDA 70 LAVADORA DESCONTAMINADORA, PARA SU EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444067	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULAS DE DESCRIPCIÓN PARTIDA 70 PUNTO 1.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFIQUE QUE EL SISTEMA DE LA LAVADO Y DESCONTAMINACIÓN ES POR MEDIO DE AGUA A PRESIÓN Y NO POR VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA, YA QUE ESTO ULTIMO ES CONOCIDO COMO LAVADO ULTRASÓNICO	SE RATIFICA QUE LO REQUERIDO PARA LA PARTIDA 70 LAVADORA DESCONTAMINADORA ES UNA LAVADORA CON SISTEMA AUTOMÁTICO PROGRAMABLE PARA ELCICLO DE LAVADO Y DESCONTAMINACIÓN CON VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA. POR LO QUE EN CASO DE OFERTAR ESTE BIEN, LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444068	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULAS DE DESCRIPCIÓN PARTIDA 72 PUNTO 1.14	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUE QUE LA CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA, EN SETS	SE PRECISA A LA LICITANTE QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO EN EL NUMERAL 1.14 "CAPACIDAD DE LAVADO Y DESINFECCIÓN PARA UN ORINAL O UN CÓMODO" ES QUE SEA MÍNIMO PARA UN ORINAL O UN CÓMODO, LO ANTERIOR SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO PARA LA PARTIDA 72 LAVADOR DESINFECTOR DE CÓMODOS DE VAPOR DIRECTO, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444069	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULAS DE DESCRIPCIÓN PARTIDA 72 PUNTO 1.13.3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN CASO DE ENCONTRAR SUMINISTRO DE VAPOR DE MALA CALIDAD, POR PRESIÓN O RESIDUOS, EL OFERENTE PODRÁ PROPONER UNA ALTERNATIVA A LA UNIDAD MÉDICA PARA CONTAR CON VAPOR DE CALIDAD	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LAS ALTERNATIVAS DEL EQUIPO QUE PRETENDE OFERTAR. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
444070	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULAS DE DESCRIPCIÓN PARTIDA 72 PUNTO 1.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUE EL SISTEMA DE LAVADO	SE PRECISA A LA LICITANTE QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO EN EL NUMERAL 1.1 "LAVADOR Y DESINFECTOR DE VAPOR DIRECTO" ES DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE CUMPLA CON LO REQUERIDO EN TODOS LOS NUMERALES DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, LO ANTERIOR SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO PARA LA PARTIDA 72 LAVADOR DESINFECTOR DE CÓMODOS DE VAPOR DIRECTO, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444071	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULAS DE DESCRIPCIÓN PARTIDA 72 PUNTO 1.8	LA CEDULA SOLICITA EN EL PUNTO 1.10 Y 1.11 ENTRADA DE AGUA Y VAPOR AUTOMÁTICAS; MIENTRAS QUE SOLICITAN DOSIFICACIÓN MANUAL DE DETERGENTE, PROCESO QUE LE RESTARÁ AL EQUIPO AUTONOMÍA CREANDO CUELLOS DE BOTELLA Y CARGA DE TRABAJO AL USUARIO, POR ESA RAZÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE LOS BIENES A OFERTAR CUENTEN CON DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE DETERGENTE	SE ACEPTA OFERTAR " DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE DETERGENTE", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.8 DOSIFICACIÓN DE DETERGENTE MANUAL" DE LA PARTIDA 72 LAVADOR DESINFECTOR DE CÓMODOS DE VAPOR DIRECTO, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444072	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULAS DE DESCRIPCIÓN PARTIDA 73 PUNTO 1.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME LA CANTIDAD DE SETS MÍNIMOS DE CARGA PARA LA CANASTILLA DE ACERO	SE PRECISA A LA LICITANTE QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO EN EL NUMERAL 1.2 "CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE CON:" EN RELACIÓN A LA CAPACIDAD ES QUE SEA PARA AL MENOS CINCO CIRCUITOS COMPLETOS, LO ANTERIOR SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO PARA LA PARTIDA 73 LAVADOR DE EQUIPO DE INHALOTERAPIA, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444073	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 35	PARTIDA 35 FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES PUNTO: 3.2 AL MENOS 2 JUEGOS DE PILAS RECARGABLES (EN CASO DE USAR PILA RECARGABLE) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO. PREGUNTA: DADO QUE ESTOS ACCESORIOS NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO Y SON DE USO COMÚN, NO MÉDICO, SOLICITAMOS QUE PARA ESTE CASO NO SEA NECESARIO LA PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO ISO.	SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE, PARA EL NUMERAL 3.1 "AL MENOS DOS JUEGOS DE BATERIAS RECARGABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO." PARA LA PARTIDA 35 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 35 FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES, NO ES NECESARIO PRESENTAR EL CERTIFICADOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE A LA PILA RECARGABLE.
444074	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 40	PARTIDAS 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GINECOLÓGICA PUNTO: PUNTO: 1.2.1.- CORTE PURO CON POTENCIA DE SALIDA DE 250 WATTS PREGUNTA: CON EL FIN DE BRINDAR UN MAYOR RANGO DE POTENCIA Y REALIZAR UNA MAYOR CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, SE SUGIERE A LA CONVOCANTE SOLICITE UNA POTENCIA DE SALIDA MÍNIMA DE 400 WATTS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD CON RESPECTO A SOLICITAR COMO POTENCIA DE SALIDA MÍNIMA 400 WATTS. LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE EN EL NUMERAL 1.2.1 "CON CORTE PURO CON POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS". POR LO QUE EN CASO DE OFERTAR ESTE BIEN, LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444075	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 40	PARTIDAS 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GINECOLÓGICA PUNTO: 2.2.1 CON FUNCIÓN DE CAMBIO A MODO DE CONTROL BIPOLAR EN EL MISMO PEDAL, O: PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL OFERTAR UN PEDAL DOBLE EN EL CUAL SE PUEDAN ACTIVAR MODOS MONOPOLARES O BIPOLARES Y QUE LA SELECCIÓN DEL MODO SE REALICE DESDE LA UNIDAD PRINCIPAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA OFERTAR "UN PEDAL DOBLE EN EL CUAL SE PUEDAN ACTIVAR MODOS MONOPOLARES O BIPOLARES Y QUE LA SELECCIÓN DEL MODO SE REALICE DESDE LA UNIDAD PRINCIPAL." PARA EL NUMERAL 2.2.2 "CON FUNCIÓN DE CAMBIO A MODO DE CONTROL BIPOLAR EN EL MISMO PEDAL, O:". SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA LOS NUMERALES 2.2" PEDAL MONOPOLAR PARA CORTE Y COAGULACION, EL CUAL DEBE GARANTIZAR LA PROTECCION CONTRA AGUA ARROJADA A CHORRO DESDE CUALQUIER ANGULO (EQUIVALENTE A UN GRADO DE PROTECCION IPX5), O GARANTIZAR LA PROTECCION CONTRA EFECTOS DE UNA INMERSION EN AGUA (EQUIVALENTE AL GRADO DE PROTECCION IPX7); CON CABLE DE CONEXIÓN DE 4M COMO MINIMO. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO)",2.2.1" CON FUNCIÓN DE CAMBIO A MODO DE CONTROL BIPOLAR EN EL MISMO PEDAL, O:" Y 2.3 "PEDAL BIPOLAR, EL CUAL DEBE GARANTIZAR PROTECCIÓN CONTRA AGUA ARROJADA A CHORRO DESDE CUALQUIER ÁNGULO (EQUIVALENTE A UN GRADO DE PROTECCIÓN IPX5), O GARANTIZAR LA PROTECCIÓN CONTRA EFECTOS DE UNA INMERSIÓN EN AGUA (EQUIVALENTE AL GRADO DE PROTECCIÓN IPX7); CON CABLE DE CONEXIÓN DE 4 M COMO MÍNIMO. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO)." SE PODRA OFERTAR UNA DE LAS DOS CARACTERISTICAS YA SEA LO DESCRITO EN EL NUMERAL 2.2.1 O LO DESCRITO EN EL NUMERAL 2.3. TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Seccion de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444076	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 40	PARTIDAS 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GINECOLÓGICA PUNTO: 2.4 AL MENOS UN (1) LÁPIZ REUSABLE SIN BOTONES, CON UN ELECTRODO TIPO CUCHILLA, REUSABLE, LARGO MÍNIMO 10 CM. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE UN LÁPIZ REUSABLE SIN BOTONES Y QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL OFERTAR UN ELECTRODO TIPO CUCHILLA REUSABLE CON EXTENSIÓN DE 90 MM REUSABLE PARA CUMPLIR CON EL LARGO SOLICITADO. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL: 2.4 "4 AL MENOS UN (1) LÁPIZ REUSABLE SIN BOTONES, CON UN ELECTRODO TIPO CUCHILLA, REUSABLE, LARGO MÍNIMO 10 CM". LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
444077	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 40	PARTIDAS 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GINECOLÓGICA PUNTO: 2.5 AL MENOS UNA (1) PINZA BIPOLAR TIPO BAYONETA REUSABLE DE 19 CM DE LONGITUD, CON UN CABLE DE CONEXIÓN REUSABLE. (INCLUIR MARCAS Y MODELOS Y/O NÚMERO DE CATÁLOGOS). PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA (1) PINZA BIPOLAR TIPO BAYONETA REUTILIZABLES DE 19.5 CM DE LONGITUD, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA PERMITIRÍA AL USUARIO HACER PROCEDIMIENTO A MAYOR PROFUNDIDAD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 2.5 "AL MENOS UNA (1) PINZA BIPOLAR TIPO BAYONETA REUSABLE DE 19 CM DE LONGITUD, CON UN CABLE DE CONEXIÓN REUSABLE. (INCLUIR MARCAS Y MODELOS Y/O NÚMERO DE CATÁLOGOS)." LA CARACTERISTICA "UNA (1) PINZA BIPOLAR TIPO BAYONETA REUTILIZABLES DE 19.5 CM DE LONGITUD", PARA LA PARTIDA 40 CORRESPONDIENTE AL "UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA (GINECOLÓGICA)", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
444078	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 40	PARTIDAS 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GINECOLÓGICA PUNTO: 3.3 ELECTRODOS MONOPOLARES DESECHABLES. (INCLUIR MARCAS Y MODELOS Y/O NÚMERO DE CATÁLOGOS): PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTE PUNTO NOS PERMITAN OFERTAR ELECTRODOS MONOPOLARES REUSABLES YA QUE SUPERAN LA CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR ELECTRODOS DESECHABLES EN LOS QUE PUEDE SER UTILIZADO POR LOS USUARIOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA PUNTUAL A SU CUESTIONAMIENTO TODA VEZ QUE NO ESPECIFICA CUALES SON LOS "ELECTRODOS MONOPOLARES REUSABLES" A OFERTAR PARA EL NUMERAL 3.3 "ELECTRODOS MONOPOLARES DESECHABLES: (INCLUIR MARCA Y MODELOS Y/O NUMERO DE CATALOGO)" REFERENTE A LA PARTIDA 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA (GINECOLOGICA), POR LO QUE PARA QUE PUEDA SER CONSIDERADA DICHA CARACTERISTICA DEBERA ESPECIFICAR TIPO DE ELECTRODO MONOPOLAR REUSABLE QUE PRETENDE OFERTAR. NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
444079	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 40	PARTIDAS 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GINECOLÓGICA PUNTO: 3.3.1 DIEZ (10) ELECTRODOS DE TIPO CUCHILLA O TIPO BISTURÍ O DE TIPO ESPÁTULA. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO). PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTE PUNTO NOS PERMITAN OFERTAR TRES (3) ELECTRODOS DE TIPO CUCHILLA O ESPÁTULA REUSABLES YA QUE SUPERAN LA CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR ELECTRODOS DESECHABLES EN LOS QUE PUEDE SER UTILIZADO POR LOS USUARIOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 3.3.1 "DIEZ(10) DE TIPO CUCHILLA O ESPATULA, (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO) LA CARACTERISTICA "TRES (3) ELECTRODOS DE TIPO CUCHILLA O ESPÁTULA REUSABLES ", PARA LA PARTIDA 40 CORRESPONDIENTE AL "UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA (GINECOLÓGICA)", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444080	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 40	PARTIDAS 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GINECOLÓGICA PUNTO: 3.3.2 CINCO (5) DE TIPO BOLA. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO). PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTE PUNTO NOS PERMITAN OFERTAR DOS (2) ELECTRODOS DE TIPO BOLA REUSABLES YA QUE SUPERAN LA CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR ELECTRODOS DESECHABLES EN LOS QUE PUEDE SER UTILIZADO POR LOS USUARIOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 3.3.2 "CINCO (5) DE TIPO BOLA(INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO) "LA CARACTERISTICA "DOS (2) ELECTRODOS MONOPOLARES DE TIPO BOLA REUSABLES ", PARA LA PARTIDA 40 CORRESPONDIENTE AL "UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA (GINECOLÓGICA)", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
444081	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 40	PARTIDAS 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GINECOLÓGICA PUNTO: 3.3.3 CINCO (5) DE TIPO AGUJA. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO). PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTE PUNTO NOS PERMITAN OFERTAR DOS (2) ELECTRODOS DE TIPO AGUJA REUSABLES YA QUE SUPERAN LA CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR ELECTRODOS DESECHABLES EN LOS QUE PUEDE SER UTILIZADO POR LOS USUARIOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 3.3.3 "CINCO (5) DE TIPO AGUJA (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO)" LA CARACTERISTICA "DOS (2) ELECTRODOS MONOPOLARES DE TIPO AGUJA REUSABLES ", PARA LA PARTIDA 40 CORRESPONDIENTE AL "UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA (GINECOLÓGICA)", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
444082	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 40	PARTIDAS 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GINECOLÓGICA PUNTO: 3.3.4.1 AL MENOS TRES (3) ASAS PARA CONIZACIÓN DE 15 ± 2 MM CON LONGITUD MÍNIMA DE 12 CM. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATALOGO): PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL OFERTAR TRES ASAS DE CONIZACIÓN DE 15 MM CON LONGITUD DE 110 MM, YA QUE ESTA MEDIDA NO LIMITA LAS CAPACIDADES DEL EQUIPO. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL: 3.3.4.1 "AL MENOS TRES(3) ASAS PARA CONIZACION DE 15 +/-2MM CON LONGITUD MINIMA DE 12 CM (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO)". LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
444083	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 40	PARTIDAS 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GINECOLÓGICA PUNTO: 3.3.4.2 AL MENOS TRES (3) ASAS PARA CONIZACIÓN DE 20 ± 2 MM CON LONGITUD MÍNIMA DE 12 CM. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATALOGO): PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL OFERTAR TRES ASAS DE CONIZACIÓN DE 20 MM CON LONGITUD DE 110 MM, YA QUE ESTA MEDIDA NO LIMITA LAS CAPACIDADES DEL EQUIPO. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL: 3.3.4.2 "AL MENOS TRES(3) ASAS PARA CONIZACION DE 20 +/-2MM CON LONGITUD MINIMA DE 12 CM (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO)". LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444084	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 40	PARTIDAS 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GINECOLÓGICA PUNTO: 3.3.5 AI MENOS TRES (3) ELECTRODOS TIPO BOLA DE 6 ± 1 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD MÍNIMA DE 12 CM. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO): PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN ELECTRODO TIPO BOLA DE 6 MM Y TRES EXTENSIONES DE ELECTRODOS DE 90 MM REUSABLES, ESTA MEDIDA NO LIMITA LAS CAPACIDADES DEL ELECTRODO NI DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL 3.3.5 "AL MENOS TRES (3) ELECTRODOS TIPO BOLA DE 6 ± 1 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD MÍNIMA DE 12 CM. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO):"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
444085	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 59	PARTIDA 59: GUANTES DE PLOMO PUNTO: 6 NORMAS-ESTÁNDARES VIGENTES: PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO SE DEBERÁ INCLUIR LA CERTIFICACIÓN ISO 13485 COMO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE PROPORCIONA UN MARCO DE BUENAS PRÁCTICAS QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO DE LA EMPRESA CON LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS DE ALTA CALIDAD, LO QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA EN LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN AL PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACLARA QUE TODOS LOS REQUISITOS, COMO SON CERTIFICADOS, REGISTROS SANITARIOS, CARTAS,ENTRE OTROS, SOLICITADOS EN EL ANEXO DOS "DOCUMENTOS RELATIVOS A (TÉRMINOS Y CONDICIONES), INCISO D) "LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBEN CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIOS A CONTRTAR" SERÁN APLICABLES AL BIEN O EQUIPO PRINCIPAL, ASÍ COMO A SUS ACCESORIOS, CONSUMIBLES, Y CUALQUIER TIPO DE COMPONENTE QUE REQUIERA PARA SU FUNCIONAMIENTO, YA SEAN DE LA MISMA MARCA QUE EL BIEN PRINCIPAL O DE DIFERENTE MARCA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL INCISO D) REFERIDO.
444086	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 78	PARTIDA 78: MANDIL EMPLOMADO PUNTO: 6 NORMAS-ESTÁNDARES VIGENTES: PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO SE DEBERÁ INCLUIR LA CERTIFICACIÓN ISO 13485 COMO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE PROPORCIONA UN MARCO DE BUENAS PRÁCTICAS QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO DE LA EMPRESA CON LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS DE ALTA CALIDAD, LO QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA EN LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN AL PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACLARA QUE TODOS LOS REQUISITOS, COMO SON CERTIFICADOS, REGISTROS SANITARIOS, CARTAS, ENTRE OTROS, SOLICITADOS EN EL ANEXO DOS "DOCUMENTOS RELATIVOS A (TÉRMINOS Y CONDICIONES), INCISO D) "LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBEN CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIOS A CONTRTAR" SERÁN APLICABLES AL BIEN O EQUIPO PRINCIPAL, ASÍ COMO A SUS ACCESORIOS, CONSUMIBLES, Y CUALQUIER TIPO DE COMPONENTE QUE REQUIERA PARA SU FUNCIONAMIENTO, YA SEAN DE LA MISMA MARCA QUE EL BIEN PRINCIPAL O DE DIFERENTE MARCA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL INCISO D) REFERIDO.
444087	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 141	PARTIDA 141: UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA PUNTO: 1.8 DENTRO DEL RANGO DE 45° A 65° ± 0.2°C PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A LA TEMPERATURA DE LA CÁMARA O CONTENEDOR DE PARAFINA POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE TEMPERATURA DE 50° A 75° EN EL ENTENDIDO QUE ES UNA CARACTERÍSTICA COMPLETAMENTE FUNCIONAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL: 1.8 "DENTRO DEL RANGO DE 45° A 65° ± 0.2°C.", PARA LA PARTIDA: 141 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA. LA CARACTERISTICA: "RANGO DE TEMPERATURA DE 50° A 75°C", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023
PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"
(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaracion	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444088	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 141	PARTIDA 141: UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA PUNTO: 2.1.2 DE: 10 X 10 X 5 MM O 10 X 10 X 6 MM. (INDICAR MARCA Y NÚMERO DE PARTE). PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO 10 MOLDES METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES DE 15X15X5 MM YA QUE SON LAS MEDIDAS QUE SE MANEJAN DESDE FÁBRICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL: 2.1.2 "DE: 10 X 10 X 5 MM O 10 X 10 X 6 MM. (INDICAR MARCA Y NÚMERO DE PARTE)", PARA LA PARTIDA: 141 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA. LA CARACTERISTICA: "10 MOLDES METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES DE 15X15X5 MM", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
444089	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 141	PARTIDA 141: UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA PUNTO: 2.1.5 DE: 30 X 24 X 6 MM O 30 X 24 X 9 MM. (INDICAR MARCA Y NÚMERO DE PARTE). PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR 10 MOLDES METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE DE 30X24X5 MM YA QUE SON LAS MEDIDAS QUE SE MANEJAN DESDE FÁBRICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL: 2.1.5 "DE: 30 X 24 X 6 MM O 30 X 24 X 9 MM. (INDICAR MARCA Y NÚMERO DE PARTE).", PARA LA PARTIDA: 141 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA. LA CARACTERISTICA: "10 MOLDES METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE DE 30X24X5 MM", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
444090	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219	PARTIDA 219: MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.3 QUE SOPORTE UN PESO DE 220 KG O MAYOR. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y NO LIMITAR EL USO DEL EQUIPO A PACIENTES BARIÁTRICOS, SE SUGIERE A LA CONVOCANTE SOLICITE UN SOPORTE DE PESO DE 450 KG O MAYOR, YA QUE ADEMÁS DEL PESO DEL PACIENTE LA MESA QUIRÚRGICA DEBE SER CAPAZ DE SOPORTAR EL PESO DE LOS ACCESORIOS Y EN CASO DE SER NECESARIO LA CARGA POR UN PROCEDIMIENTO DE RCP. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD CON RESPECTO A "SOLICITAR CUN SOPORTE DE PESO DE 450 KG O MAYOR, YA QUE ADEMÁS DEL PESO DEL PACIENTE LA MESA QUIRÚRGICA DEBE SER CAPAZ DE SOPORTAR EL PESO DE LOS ACCESORIOS Y EN CASO DE SER NECESARIO LA CARGA POR UN PROCEDIMIENTO DE RCP". LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE EN EL NUMERAL 1..3 "QUE SOPORTE UN PESO DE 220 KG O MAYOR". POR LO QUE EN CASO DE OFERTAR ESTE BIEN, LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO"_
444091	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219	PARTIDA 219: MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.4 CON SISTEMA DE FRENOS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO EL SISTEMA DE FRENOS DEBERÁ SER ACCIONADO DESDE EL CONTROL DE MANO Y DESDE EL CONTROL EN LA COLUMNA. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN CON RESPECTO A "ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO EL SISTEMA DE FRENOS DEBERÁ SER ACCIONADO DESDE EL CONTROL DE MANO Y DESDE EL CONTROL EN LA COLUMNA", LO REQUERIDO PARA LA PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN EL NUMERAL 1.4 "CON SISTEMA DE FRENOS" POR LO QUE DEBERÁN OFERTAR UNA MESA QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE FRENOS INDEPENDIENTEMENTE DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO. POR LO QUE EN CASO DE OFERTAR ESTE BIEN, LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO"_

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444092	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219	PARTIDA 219: MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.10.3.- ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN, PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA (LA MESA DEBE TENER LA CAPACIDAD DE DAR LA POSICIÓN). PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE AL SOLICITAR UNA MESA DE 5 SECCIONES, ESTE PUNTO SE REFIERE A LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA Y NO A LA DE NAVAJA SEVILLANA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
444093	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219	PARTIDA 219: MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.10.3.- ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN, PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA (LA MESA DEBE TENER LA CAPACIDAD DE DAR LA POSICIÓN). PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE AL SOLICITAR UNA MESA ELECTROHIDRAÚLICA, LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA DEBERÁ REALIZARSE POR MEDIO DE CONTROL DE MANO Y SISTEMA DE PANEL DE COLUMNA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE REITERA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CUYAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEAN IGUALES, EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". TODAS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE EN TÉRMINOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, TODOS SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE DERIVEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES.
444094	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219	PARTIDA 219: MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.12 MOVIMIENTOS ELECTROHIDRÁULICOS CON CONTROL REMOTO O DE MANO ALÁMBRICO PARA: PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, CON LA INTENCIÓN DE MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE DURANTE EL POSICIONAMIENTO DE LA MESA EN EL QUIRÓFANO, EL CONTROL CUENTE CON UN DISPLAY O PANTALLA EL CUAL INDIQUE EL MOVIMIENTO SIMULTANEO QUE SE ESTÁ ACCIONANDO EN EL MISMO Y DE ESTA MANERA EVITAR MOVIMIENTOS NO DESEADOS QUE PUDIERAN CAUSAR ALGÚN ACCIDENTE. ¿SE ACEPTA?	SE REITERA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CUYAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEAN IGUALES, EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". TODAS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE EN TÉRMINOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, TODOS SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE DERIVEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES.
444095	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219	PARTIDA 219: MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.13.1 DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DEL TABLERO DE 30 CM O MAYOR (HACIA LA SECCIÓN DE LA CABECERA) O, 1.13.2 CAMBIO DE LAS SECCIONES DEL TABLERO DE LA MESA QUE PERMITA SELECCIONAR LA ORIENTACIÓN DEL PACIENTE PREGUNTA: SUGERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LA TRANSICIÓN A PROCEDIMIENTOS CON ARCO EN C Y EN EL ENTENDIDO DE QUE SE TRATA DE UNA MESA QUIRÚRGICA AVANZADA, SE DEBERÁ OFERTAR LOS PUNTOS 1.13.1 Y 1.13.2. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA LOS NUMERALES 1.13.1 "DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE TABLERO DE 30CM O MAYOR (HACIA LA SECCION DE CABECERA) O", Y 1.13.2 "CAMBIO DE LAS SECCIONES DEL TABLERO DE LA MESA QUE PERMITA SELECCIONAR LA ORIENTACION DEL PACIENTE", SE PODRA OFERTAR UNA DE LAS DOS CARACTERISTICAS TECNICAS YA SEA LO DESCRITO EN EL NUMERA 1.13.1 O LO DESCRITO EN EL NUMERAL 1.13.2 SIN EMBARGO,SE ACEPTA OFERTAR " LOS PUNTOS 1.13.1 Y 1.13.2" SIN QUE ESTO SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444096	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219	PARTIDA 219: MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.13.1 DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DEL TABLERO DE 30 CM O MAYOR (HACIA LA SECCIÓN DE LA CABECERA) O, 1.13.2 CAMBIO DE LAS SECCIONES DEL TABLERO DE LA MESA QUE PERMITA SELECCIONAR LA ORIENTACIÓN DEL PACIENTE PREGUNTA: EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A MI PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y SOLICITE EL MOVIMIENTO LONGITUDINAL PARA UN ÓPTIMO ACCESO DEL ARCO EN C, DEBIDO A QUE AL SOLICITAR ÚNICAMENTE LA SELECCIÓN DE LA ORIENTACIÓN DEL PACIENTE., ESTA CARACTERÍSTICA, REQUIERE UN CAMBIO MANUAL DE LAS PIEZAS DE LAS SECCIONES DE CABECERA Y PIERNERAS POR PARTE DEL PERSONAL MÉDICO, ACCIÓN QUE DEMORA LOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS Y PUEDE ENTORPECER EL FLUJO DEL TRABAJO DE QUIRÓFANO, TENIENDO EN CUENTA QUE DURANTE LA ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN DE LA SELECCIÓN DE LA ORIENTACIÓN DEL PACIENTE, EXISTE UNA LIMITACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS ELECTROHIDRÁULICOS PREVIAMENTE SOLICITADOS EN LA FICHA. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA LOS NUMERALES 1.13.1 "DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE TABLERO DE 30CM O MAYOR (HACIA LA SECCION DE CABECERA) O", Y 1.13.2 "CAMBIO DE LAS SECCIONES DEL TABLERO DE LA MESA QUE PERMITA SELECCIONAR LA ORIENTACION DEL PACIENTE", SE PODRA OFERTAR UNA DE LAS DOS CARACTERISTICAS TECNICAS YA SEA LO DESCRITO EN EL NUMERA 1.13.1 O LO DESCRITO EN EL NUMERAL 1.13.2 SIN EMBARGO,SE ACEPTA OFERTAR " LOS PUNTOS 1.13.1 Y 1.13.2" SIN QUE ESTO SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444097	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219	PARTIDA 219: MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.14. SISTEMA DE EMERGENCIA, POR MEDIO DE CONTROL EN LA COLUMNA DE LA MESA, QUE ACTIVE TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LA MESA EN CASO DE QUE EL CONTROL DE MANO FALLE, Y/O 1.14.1 SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA (POR MEDIO DE BOMBEO), PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERÍAS, FALLO ELÉCTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN EL QUIRÓFANO AUN PRESENTÁNDOSE FALLAS DEL SUMINISTRO DE LA RED, NO SE DEBERÁN INTERRUMPIR LAS CIRUGÍAS PROGRAMADAS, POR LO QUE SE DEBERÁ OFERTAR EL PUNTO 1.14 Y 1.14.1. ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LO REQUERIDO EN LOS NUMERALES 1.14. SISTEMA DE EMERGENCIA, POR MEDIO DE CONTROL EN LA COLUMNA DE LA MESA, QUE ACTIVE TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LA MESA EN CASO DE QUE EL CONTROL DE MANO FALLE, Y/O 1.14.1 SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA (POR MEDIO DE BOMBEO), PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERÍAS, FALLO ELÉCTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO, DE LA PARTIDA 96 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROCIRUGÍA Y LAMINECTOMÍA)SE REFIERE A QUE AMBAS CARACTERÍSTICAS PODRÁN SER OFERTADAS O SOLAMENTE UNA DE ELLAS. DICHAS CARACTERISTICAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
444100	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA, PARTIDA 216, PUNTO 1.7.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA ESTE PUNTO UN RANGO DE TOLERANCIA DE +/- 10 CM, ESTO SIN DEMERITAR SU FUNCIONAMIENTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO DEFINE CON CLARIDAD SI LA TOLERANCIA A OFERTAR SERA DE +10% O DE -10% DE LA LONGITUD TOTAL DE LOS BARANDALES DEL BIEN QUE PRETENDE OFERTAR. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA DE LA PARTIDA 216 CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES. SE SOLICITA A LA LICITANTE PLANTEÉ LA SOLICITUD DE ACLARACION DE FORMA ESPECÍFICA ACORDE CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN QUE PRETENDE OFERTAR, LAS CUALES DEBERÁN ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS APARTADOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA.
444101	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA, PARTIDA 216, PUNTO 1.7.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISTANCIA ENTRE CADA POSTE O TRAVESAÑO DEL BARANDAL O BARANDILLA DE 30 CM LO CUAL NO DEMERITA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. ¿SE ACEPTA NUESTRTA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU SOLICITU DE OFERTAR COMO OPCIÓN "DISTANCIA ENTRE CADA POSTE O TRAVESAÑO DEL BARANDAL O BARANDILLA DE 30 CM", PARA EL NUMERAL 1.7.3 "CON DISTANCIA ENTRE CADA POSTE O TRAVESAÑO DEL BARANDAL O BARANDILLA DE 12 CM, COMO MÁXIMO.", FAVOR DE ATENDER LAS CARACTERISTICAS DE LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444102	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA, PARTIDA 217, PUNTO 1.8	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR LA REFERENCIA DE "NO DESMONTABLES".	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE, "EL NUMERAL 1.8, INDICA "BARANDALES LATERALES, ABATIBLES (NO DESMONTABLES)", SE REFIERE A QUE LOS BARANDALES ABATIBLES SE ENCUENTRAN FIJOS EN LA CAMILLA Y PUEDEN PASAR DE LA POSICIÓN VERTICAL A LA HORIZONTAL, O VICEVERSA, TODA VEZ QUE LA REFERENCIA "NO DESMONTABLES, PERMITE SEPARAR O RETIRAR LOS BARANDALES DE LA CAMILLA. POR LO QUE SE REITERA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444103	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA, PARTIDA 217, PUNTO 1.8.1.2	PARA ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA UN RANGO DE +/- 10 CM, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO DEFINE CON CLARIDAD SI LA TOLERANCIA A OFERTAR SERA DE +10% O DE -10% DE LA ALTURA A PARTIR DE LA PLATAFORMA DEL BIEN QUE PRETENDE OFERTAR. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA DE LA PARTIDA 217 CAMILLA MOVIL PARA TRASLADO DE PACIENTES. SE SOLICITA A LA LICITANTE PLANTEÉ LA SOLICITUD DE ACLARACION DE FORMA ESPECÍFICA ACORDE CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN QUE PRETENDE OFERTAR, LAS CUALES DEBERÁN ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS APARTADOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA.
444104	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TÉCNICA, PARTIDA 217, PUNTO 1.8.2.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DIVISIONES CON CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE, YA QUE ESTO NO INTERFIERE CON EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. ¿SE ACEPTA?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL A LA PRESENTE PREGUNTA TODA VEZ QUE EL LICITANTE NO ESPECIFICA LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE SU TECNOLOGIA PARA EL NUMERAL 1.8.2.1 "CON DIVISIONES DE 12 CM", PARA LA PARTIDA 217. SE REITERA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CUYAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEAN IGUALES, SIMILARES, EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", LAS CUALES ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE. DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444105	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDAS TODAS PUNTO GENERAL	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA EQUIVALENTE O SUPERIOR, Y ASÍ NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL A LA PRESENTE PREGUNTA TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE "LAS CARACTERISTICAS SUPERIORES" QUE PRETENDE OFERTAR NI LOS NUMERALES ESPECIFICOS DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS CUYAS REFERENCIAS ASUME SON SUPERIORES. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACION QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERITICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444106	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDAS TODAS PUNTO GENERAL	ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS NO VIENEN DE FORMA TEXTUAL EN NUESTROS CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O MANUALES, POR LO QUE LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR A TRAVÉS DE IMÁGENES QUE ESTÉN EN LOS CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA QUE SU REPRESENTADA PRESENTE, COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, "IMÁGENES QUE ESTÉN EN LOS CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE" DONDE SE PUEDA APRECIAR LOS PUNTOS SOLICITADOS EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULOS, TODA VEZ QUE, ACORDE A LA PRESENTE COVOCATORIA, EN EL ANEXO DOS. TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO E) FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERÁN CORRESPONDER, CON LA(S) MARCA(S) Y MODELO(S) Y/O NÚMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NÚMERO(S) DE CATÁLOGO(S) Y CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NO. 4.1 "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", TAL DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER COMPLETA Y, DEBERÁ PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL DEBERÁ PROPORCIONAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES. EN CASO DE PRESENTAR IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS, SE PRECISA QUE EL LICITANTE DEBERÁ COMPROBAR QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFÍA Y EL BIEN OFERTADO.
444107	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDAS TODAS PUNTO GENERAL	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLOS PUNTOS QUE NO NOS SEAN POSIBLE REFERENCIAR EN CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O MANUALES, NOS PERMITAN PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DONDE SE MANIFIESTE QUE CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD CON RESPECTO A ENTREGAR "CARTA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DONDE SE MANIFIESTE QUE CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.", FAVOR DE ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO" Y LA PRESENTE COVOCATORIA, EN EL ANEXO DOS. TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO E) FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERÁN CORRESPONDER, CON LA(S) MARCA(S) Y MODELO(S) Y/O NÚMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NÚMERO(S) DE CATÁLOGO(S) Y CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NO. 4.1 "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", TAL DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER COMPLETA Y, DEBERÁ PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL DEBERÁ PROPORCIONAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES. EN CASO DE PRESENTAR IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS, SE PRECISA QUE EL LICITANTE DEBERÁ COMPROBAR QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFÍA Y EL BIEN OFERTADO.
444108	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES INCISO D)	PEDIMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE ESTE INCISO NO APLIQUE A LA PARTIDA 24, DEBIDO A QUE POR LA NATURALEZA DEL BIEN, ÉSTE NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO YA QUE ES CONSIDERADO UN POSICIONADOR PARA PACIENTE, EL CUAL ESTÁ INDICADO EN EL RENGLÓN 1614 DEL LISTADO DE INSUMOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. PARA LOS CASOS DE AQUELLOS QUE BIENES IDENTIFICADOS COMO "SI REQ." (SI REQUIERE) EN LA COLUMNA "REGISTRO SANITARIO" DEL ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES", EN LOS QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO, DEBERA PRESENTAR LA NOTIFICACION OFICIAL, EXPEDIDA POR LA COFEPRIS, CON FIRMA AUTOGRAFA Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE LA EMITE, QUE LO EXIMA DEL MISMO CON FECHA POSTERIOR A 22 DE DICIEMBRE DE 2014 "ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCION DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERISTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO."

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444109	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES INCISO D)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR OFICIO EMITIDO POR LA COFEPRIS EN DONDE SE HACE MENCION QUE EL CABEZAL DEL MAYFIELD NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO, Y DE ESTA MANERA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INCISIO DEL ANEXO 2 DE TERMINOS Y CONDICIONES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. DE CONFORMIDAD CON LA PRESENTE CONVOCATORIA, PARA LOS CASOS DE AQUELLOS QUE BIENES IDENTIFICADOS COMO "SI REQ." (SI REQUIERE) EN LA COLUMNA "REGISTRO SANITARIO" DEL ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS PARA LOS BIENES", EN LOS QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO, DEBERA PRESENTAR LA NOTIFICACION OFICIAL, EXPEDIDA POR LA COFEPRIS, CON FIRMA AUTOGRAFA Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE LA EMITE, QUE LO EXIMA DEL MISMO CON FECHA POSTERIOR A 22 DE DICIEMBRE DE 2014 "ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCION DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERISTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO."
444110	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 CABEZAL TIPO MAYFIELD ADULTO PUNTO 1.2.2, 1.2.3	DEBEMOS ENTENDER QUE ESTOS DOS PUNTOS SE TRATAN DE LA MISMA PIEZA DEL CABEZAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
444111	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 CABEZAL TIPO MAYFIELD ADULTO PUNTO 1.2.2, 1.2.3	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, DEBEMOS ENTENDER QUE SOLO HAY QUE OFERTAR UNA PIEZA Y SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LOS DOS PUNTOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SE TRATA DE LA MISMA PIEZA DEL CABEZAL, PARA LA PARTIDA 24 CABEZAL TIPO MAYFIELD ADULTO, EL NUMERAL: 1.2.2 "ADAPTADOR CON PIVOTE ESFÉRICO GIRATORIO." Y EL NUMERAL: 1.2.3 "CON PIVOTE O ADAPTADOR GIRATORIO." RECORDANDO QUE DICHA CARACTERISTICA Y SU CUMPLIMIENTO ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
444112	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 CABEZAL TIPO MAYFIELD ADULTO PUNTO 1.2.2, 1.2.3	EN CASO DE QUE NO SE TRATE DE LA MISMA PIEZA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE PIEZA SE REFIERE CADA PUNTO. FAVOR DE ACLARAR.	FAVOR DE ATENDER A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 444111.
444113	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULAS DE DESCRIPCIÓN PARTIDA 73 PUNTO 1.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME LA CALIDAD DEL ACERO INOXIDABLE DE LA CANASTILLA	SE PRECISA A LA LICITANTE QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO EN EL NUMERAL 1.2 "CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE CON:" ES DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE CUMPLA CON SER ACERO INOXIDABLE, ADEMÁS DE LO REQUERIDO EN TODOS LOS NUMERALES DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, LO ANTERIOR SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO PARA LA PARTIDA 73 LAVADOR DE EQUIPO DE INHALOTERAPIA, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444114	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULAS DE DESCRIPCIÓN PARTIDA 73 PUNTO 1.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EL MATERIAL DE FABRICACIÓN DE LA CÁMARA Y ESTRUCTURA EXTERNA	SE PRECISA A LA LICITANTE QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO EN EL NUMERAL 1.1 "LAVADORA CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE LAVADO Y PASTEURIZACIÓN O DESINFECCIÓN" ES DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE CUMPLA CON LO REQUERIDO EN TODOS LOS NUMERALES DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, LO ANTERIOR SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO PARA LA PARTIDA 73 LAVADOR DE EQUIPO DE INHALOTERAPIA, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444115	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULAS DE DESCRIPCION PARTIDA 73 PUNTO 1.8	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EL TIPO DE SISTEMA DE DRENADO	SE PRECISA A LA LICITANTE QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO EN EL NUMERAL 1.8 "SISTEMA DE DRENADO" ES DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE CUMPLA CON LO REQUERIDO EN TODOS LOS NUMERALES DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, LO ANTERIOR SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO PARA LA PARTIDA 73 LAVADOR DE EQUIPO DE INHALOTERAPIA, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444116	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULAS DE DESCRIPCIÓN PARTIDA 99 PUNTO 1.4.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUE LA CANTIDAD DE TUBOS A COLGAR POR LOS SUJETADORES DE ESTE PUNTO	SE PRECISA A LA LICITANTE QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO EN EL NUMERAL 1.4.2 "UNA CON SUJETADORES PARA COLGAR TUBOS" ES DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE QUE CUMPLA CON LO REQUERIDO EN TODOS LOS NUMERALES DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, LO ANTERIOR SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO PARA LA PARTIDA 99 UNIDAD DE SECADO PARA EQUIPO DE INHALOTERAPIA, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444117	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1 CEDULAS DE DESCRIPCIÓN PARTIDA 99 PUNTO 1.11	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR BIENES, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO, CON MEDIDAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE, Y QUE LAS ENUNCIADAS EN ESTE PUNTO SE CONSIDEREN COMO MÁXIMAS, Y SIEMPRE QUE CUMPLA CON LAS DOS CABINAS Y LA CAPACIDAD DE CADA UNA DE ESTAS, ENUNCIADAS EN LOS PUNTOS 1.4, 1.4.2 Y 1.4.2	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LAS DIMENSIONES DEL EQUIPO QUE PRETENDE OFERTAR. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
444120	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	2_FICHAS PROVEEDOR PARTIDA 151	PUNTO 1.1. ENTENDEMOS QUE LA SIERRA DEBERÁ DE CONTAR CON UN PESO NO MAYOR A 2 KG PARA FACILITAR SU USO Y SOBRE TODO PARA EVITAR LA SOBRE CARGA MUSCULAR EN EL PERSONAL USUARIO, ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, SE ACEPTA OFERTAR "...SIERRA DEBERÁ DE CONTAR CON UN PESO NO MAYOR A 2 KG...", COMO CARACTERÍSTICA ADICIONAL PARA EL NUMERAL "1.1 SIERRA PARA CORTAR YESOS", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444121	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	2_FICHAS PROVEEDOR PARTIDA 151	PUNTO 1.2. ENTENDEMOS QUE LA SIERRA DEBERÁ DE CONTAR CON SISTEMA DE APAGADO AUTOMÁTICO EN CASO DE SOBRECARGA DEL MOTOR, COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN, ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, SE ACEPTA OFERTAR "...CONTAR CON SISTEMA DE APAGADO AUTOMÁTICO EN CASO DE SOBRECARGA DEL MOTOR...", COMO CARACTERÍSTICA ADICIONAL PARA EL NUMERAL "1.2 ELÉCTRICO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444122	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	2_FICHAS PROVEEDOR PARTIDA 151	PUNTO 1.2. ENTENDEMOS QUE LA SIERRA DEBERÁ DE CONTAR CON SISTEMA DE ENCENDIDO Y APAGADO, ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023
PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"
(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444123	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	2_FICHAS PROVEEDOR PARTIDA 151	PUNTO 1.3 ENTENDEMOS POR ALTA VELOCIDAD DE 20,000 RPM O MAYOR Y POR ESTÁNDAR 12,000 RPM COMO MÍNIMO, ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, SE ACEPTA OFERTAR "...ALTA VELOCIDAD DE 20,000 RPM O MAYOR Y POR ESTÁNDAR 12,000 RPM COMO MÍNIMO...", COMO CARACTERÍSTICA ADICIONAL PARA EL NUMERAL "1.3 CUENTA CON VELOCIADES DE OPEREACIÓN: ALTA VELOCIDAD Y ESTÁNDAR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444124	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	2_FICHAS PROVEEDOR PARTIDA 151	PUNTO 2.1 ENTENDEMOS QUE SOLO REQUIEREN DE HOJAS CON UN SOLO DIÁMETRO DE 2 ½" (65 MM), ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
444125	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	2_FICHAS PROVEEDOR PARTIDA 151	PUNTO 2.1 ENTENDEMOS QUE LAS HOJAS DEBERÁN DE CONTAR CON RECUBRIMIENTO DE NITRITO TITANIO PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y UNA VIDA ÚTIL MAYOR, ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, SE ACEPTA OFERTAR "...CONTAR CON RECUBRIMIENTO DE NITRITO TITANIO PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y UNA VIDA ÚTIL MAYOR...", COMO CARACTERÍSTICA ADICIONAL PARA EL NUMERAL "2.1 DOS HOJAS DE CORTE PARA YESO SINTÉTICO Y ESCAYOLA DE POR LO MENOS 2 ½"...", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444126	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	2_FICHAS PROVEEDOR PARTIDA 151	PUNTO 3 ENTENDEMOS QUE LA SIERRA DEBERÁ DE CONTAR CON MALETÍN PARA GUARDA DE LA MISMA JUNTO CON SUS HOJAS, PARA SU RESGUARDO Y PROTECCIÓN, ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, SE ACEPTA OFERTAR "...SIERRA DEBERÁ DE CONTAR CON MALETÍN PARA GUARDA DE LA MISMA JUNTO CON SUS HOJAS, PARA SU RESGUARDO Y PROTECCIÓN...", COMO CARACTERÍSTICA ADICIONAL PARA EL NUMERAL "3 ACCESORIOS...", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444127	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	2_FICHAS PROVEEDOR PARTIDA 151	PUNTO 3.2 CON LA FINALIDAD DE NO ENCARECER LA PROPUESTA, ENTENDEMOS QUE EL ASPIRADOR PODRÁ SER OPCIONAL, ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "3.2 ASPIRADOR DE POLVO INDEPENDIENTE CON SOPORTE RODABLE QUE TENGA SISTEMA DE FRENADO EN ALM NEOS DOS RUEDAS", DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444128	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	2_FICHAS PROVEEDOR PARTIDA 151	PUNTO 3.2 EN CASO CONTRARIO Y TODA VEZ QUE LAS ASPIRADORAS CON BASE RODABLE Y FRENOS OBEDECEN A UN SECTOR INDUSTRIAL, CON LO CUAL SE IMPACTA DE FORMA CONSIDERABLE EN EL PRECIO DEL PRODUCTO, SOLICITAMOS QUE SE ACEPTE BASE RODABLE Y QUE LOS FRENOS SEAN OPCIONALES, SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "...FRENOS OPCIONALES...", COMO CARACTERÍSTICA OPTATIVA PARA EL NUMERAL "3.2 ASPIRADOR DE POLVO INDEPENDIENTE CON SOPORTE RODABLE QUE TENGA SISTEMA DE FRENADO EN ALM NEOS DOS RUEDAS", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444129	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 63 LAMPARA DE FOTOTERAPIA, PUNTO 2.1	LA UTILIDAD DEL RADIÓMETRO ES INDISPENSABLE PARA MEDIR LA IRRADIANCIA DE LAS LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA EN UNIDADES DE MIROCWATTS POR CENTÍMETRO CUADRADO POR NANÓMETRO (µW/CM2.NM), GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA; PERO ESTE ACCESORIO ES COMPATIBLE PARA USARSE CON CUALQUIER LÁMPARA DE FOTOTERAPIA YA QUE ES UN EQUIPO DE MEDICIÓN. POR TAL MOTIVO DEBEMOS ENTENDER QUE LA PROPUESTA SOLO DEBE DE INCLUIR LA ENTREGA DE UN RADIÓMETRO POR CADA UNIDAD MÉDICA DESTINO. (DE ACUERDO AL ANEXO NO. 3.5 "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN) ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN CON RESPECTO A QUE "DEBEMOS ENTENDER QUE LA PROPUESTA SOLO DEBE DE INCLUIR LA ENTREGA DE UN RADIÓMETRO POR CADA UNIDAD MÉDICA DESTINO. (DE ACUERDO CON EL ANEXO NO. 3.5 "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN)", SIN EMBARGO, SE ACEPTA OFERTAR "LA ENTREGA DE UN SOLO RADIÓMETRO POR CADA UNIDAD MÉDICA DESTINO. (DE ACUERDO CON EL ANEXO NO. 3.5 "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN)", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "2.1 UN (1) RADIÓMETRO QUE PERMITA MEDIR LA IRRADIANCIA DE LA LÁMPARA O FUENTE DE LUZ EN UNIDADES DE MICROWATTS POR CENTÍMETRO CUADRADO POR NANÓMETRO (MW/CM2/NM). (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE) (A SOLICITUD DE LA UNIDAD MÉDICA CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA)" DE LA PARTIDA 63 LÁMPARA DE FOTOTERAPIA, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444130	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 63 LAMPARA DE FOTOTERAPIA PUNTO 1.2	LAS TECNOLOGÍA DE LUZ LED OFRECE UNA MAYOR DURABILIDAD DE USO, POR LO QUE SUGERIMOS A LA CONVOCANTE SOLICITAR UNA VIDA MÍNIMA DE 15 000 HORAS DE USO ¿SE ACEPTA?	SE AGRADECE LA SUGERENCIA, SIN EMBARGO, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD RESPECTO A "SOLICITAR UNA VIDA MÍNIMA DE 15 000 HORAS DE USO". SE ACEPTA OFERTAR "UNA VIDA MÍNIMA DE 15 000 HORAS DE USO", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.2 VIDA PROMEDIO MÍNIMA DE LA FUENTE DE LUZ DE 10,000 HORAS." DE LA PARTIDA 63 LÁMPARA DE FOTOTERAPIA, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444131	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 63 LAMPARA DE FOTOTERAPIA PUNTO 1.10	LA TECNOLOGÍA LED NO PRODUCE CALOR POR LO QUE LAS LÁMPARAS BASADAS EN ESTA TECNOLOGÍA NO ADICIONAN SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO TRADICIONAL BASADO EN UN FAN O VENTILADOR QUE GENTE RUIDO, ES POR TAL MOTIVO QUE SUGERIMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR EL NIVEL DE RUIDO Y SOLICITAR SEA DE 0 DB ¿SE ACEPTA?	SE AGRADECE LA SUGERENCIA, SIN EMBARGO, NO SE ACEPTA SU SOLICITUD RESPECTO A "RECONSIDERAR EL NIVEL DE RUIDO Y SOLICITAR SEA DE 0 DB". SE ACEPTA QUE SU REPRESENTADA OFERTE "NIVEL DE RUIDO DE 0 DB", PARA EL NUMERAL "1.10 NIVEL DE RUIDO DEL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO DE 50 DB O MENOR." DE LA PARTIDA 63 LÁMPARA DE FOTOTERAPIA, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444132	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PARTIDA 35 FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES ANEXO 3.4	EL FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES ES UN EQUIPO QUE NO REQUIERE INSTALACIÓN, NI MANTENIMIENTOS, POR LO QUE CREEMOS ES UN ERROR DE LA CONVOCANTE EL SOLICITAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO 3.4. "REQUISITOS PARA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES" (CAPACITACIÓN, GARANTÍA, TIEMPOS DE ENTREGA Y DEDUCTIVAS) POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO ES SUFICIENTE CON LA ENTREGA Y CAPACITACIÓN DE EQUIPO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	FAVOR DE ATENDER LA PRECISION TECNICA NO. 3

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444133	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 89 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PUNTO 1.1.13.	DEBEMOS ENTERDER QUE SI NUESTRA TECNOLOGIA UTILIZA UN CARGADOR INTERCONTRUIDO CON DEMOSTRAR DICHA CARACTERISTICAS ESTAREMOS CUMPLIENTDO CON ESTE PUNTO. ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE, PARA EL PUNTO 1.1.13 "QUE OPERE CON BATERIAS RECARGABLES, EN RELACION A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO OFERTADO, INCLUIR CARGADOR DE BATERIAS". PARA LA PARTIDA 89 " OXIMETRO DE PULSO PORTATIL". EN CASO DE QUE EL EQUIPO QUE OFERTE "CUENTE CON BATERIA INTERNA RECARGABLE, CARGADOR INTERCONSTRUIDO E INCLUYA EL CABLE DE ALIMENTACION DE CA", PODRA OFERTAR DICHA CARACTERISTICA COMO OPCION, MISMA QUE ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE,NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERAN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
444134	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 89 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PUNTO 1.1.9	DEBIDO A QUE SE TRATA DE UN EQUIPO PORTATIL EL CUAL SOLO REGISTRA DATOS DE SATURACION EN FUNCION DE UN NUMERO CONSECUTIVO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE COLOCAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER LA DESCRIPCION SOLICITADA PARA LA PARTIDAPARTIDA 89 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL EN EL NUMERAL1.1.9 "CON INTERFAZ PARA TRASMISION DE DATOS A COMPUTADORA. INCLUIR SOFTWARE SI SE REQUIERE PARA LA LECTURA DE DATOS EN UNA COMPUTADORA." DE LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO REQUERIDO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTANDO UN EQUIPO ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO". PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
444135	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	OTROS	PUNTO 1.5 VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SE MENCIONA QUE LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN SERÁ A PARTIR DEL 2 DE ENERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. POR FAVOR ME PUEDE INDICAR CUÁL ES EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES REQUERIDOS?	EL PLAZO DE ENTREGA PARA TODAS LAS PARTIDAS RELACIONADAS EN EL ANEXO 3.2 RELACION Y CANTIDAD DE BIENES SERA DE 120 DIAS NATURALES, LOS CUALES SERAN CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE NATURAL DE LA NOTIFICACION DEL ANEXO 4.9 ORDEN DE SUMINISTRO QUE REALICE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO AL LICITANTE ADJUDICADO, DICHA NOTIFICACION PODRA REALIZARLA EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA NATURAL SIGUIENTE ALINICIO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (2 DE ENERO DE 2024) Y HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024.
444136	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 7 ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA	"ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 1 DESCRIPCIÓN: 1.6 GABINETE O BASE RODABLE INTEGRADA O INTERCONSTITUIDA, DE ACERO INOXIDABLE O PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO ABS" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE SOLICITAN UN EQUIPO DE BAJA CAPACIDAD DE SUCCIÓN SE PERMITA ACEPTAR CARRO DE TRANSPORTE EN LUGAR DE GABINETE O BASE RODABLE INTEGRADA, ESTO CON EL OBJETIVO DE NO ENCARECER EL PRODUCTO A OFERTAR Y ASÍ CUMPLIR CON LAS ACTUALES POLÍTICAS DE AUSTERIDAD. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LA PARTIDA 7 ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA, CON RESPECTO A LA CARACTERÍSTICA " SE PERMITA ACEPTAR CARRO DE TRANSPORTE EN LUGAR DE GABINETE O BASE RODABLE INTEGRADA", TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ES UN GABIENTE O BASE RODABLE INTEGRADA O INTERCONSTRUIDA AL EQUIPO A OFERTAR, ACORDE A LO QUE ESTA DESCRITO EN EL NUMERAL "1.6 GABINETE O BASE RODABLE INTEGRADA O INTERCONSTRUIDA, DE ACERO INOXIDABLE O PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO ABS", POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444137	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 7 ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA	"ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 1 DESCRIPCIÓN: 1.6 GABINETE O BASE RODABLE INTEGRADA O INTERCONSTITUIDA, DE ACERO INOXIDABLE O PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO ABS" EN CASO DE NO ACEPTAR LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SOLICITE UNA CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE 40 LITROS POR MINUTO O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LA PARTIDA 7 ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA, CON RESPECTO A LA CARACTERÍSTICA " SOLICITE UNA CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE 40 LITROS POR MINUTO O MAYOR", TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ES UN EQUIPO CON NIVEL DE EFICIENCIA DE SUCCIÓN DE 15 LITROS POR MINUTO O MAYOR, ACORDE A LO QUE ESTA DESCRITO EN EL NUMERAL "1.3 NIVEL DE EFICIENCIA DE SUCCIÓN DE 15 LITROS POR MINUTO O MAYOR", POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444141	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9 ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE	"ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 1 DESCRIPCIÓN: 1.4.2 SELECCIÓN DE MODO DE SUCCIÓN" ENTENDEMOS COMO "SELECCIÓN DE MODO DE SUCCIÓN" QUE EL ASPIRADOR INCLUYA LA OPCIÓN DE USO DE MANDO POR PEDAL PARA SELECCIONAR UN CICLO DE TRABAJO CONTINUO O INTERMITENTE, ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA EL NUMERLA 1.4.2 "SELECCIÓN DE MODO DE SUCCIÓN", SE REFIERE A LA ESPECIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL PARA SELECCIONAR ENTRE SUCCIÓN CONINUA O INTERMITENTE; FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.4.2, DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. POR LO QUE DEBERÁ OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444142	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10 EQUIPO PORTATIL ASPIRADOR PARA SUCCION RAPIDA	"ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 1 DESCRIPCIÓN: 1.3 CAPACIDAD DE SUCCIÓN" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE LA CAPACIDAD DE SUCCIÓN EN LITROS POR MINUTO QUE SE REQUIERE CUMPLIR PARA ESTA PARTIDA.	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE SE REQUIERE FLUJO DE AL MENOS 25 L/MIN" , PARA EL NUMERAL"1.3 "CAPACIDAD DE SUCCIÓN" DE LA PARTIDA 10 EQUIPO PORTATIL ASPIRADOR PARA SUCCION RAPIDA, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444143	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10 EQUIPO PORTATIL ASPIRADOR PARA SUCCION RAPIDA	"ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 1 DESCRIPCIÓN: 1.5 DOS (2) DEPÓSITOS DE LÍQUIDOS GRADUADOS EN MILIMETROS (ML) CON CAPACIDAD DE AL MENOS 1 LITRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS..." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE SOLICTE CAPACIDAD DE AL MENOS 2 LITROS PARA LOS DEPÓSITOS DE LÍQUIDOS GRADUADOS EN MILIMETRO (ML). ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "CAPACIDAD DE AL MENOS 2 LITROS PARA LOS DEPÓSITOS DE LÍQUIDOS GRADUADOS EN MILIMETRO (ML)" , COMO OPCION PARA EL NUMERAL"1.5 DOS (2) DEPÓSITOS DE LÍQUIDOS GRADUADOS EN MILIMETROS (ML) CON CAPACIDAD DE AL MENOS 1 LITRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS..." DE LA PARTIDA 10 EQUIPO PORTATIL ASPIRADOR PARA SUCCION RAPIDA, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444144	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10 EQUIPO PORTATIL ASPIRADOR PARA SUCCION RAPIDA	"ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 1 DESCRIPCIÓN: 1.7.3 SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS" ENTENDEMOS QUE LAS RUEDAS DEBES SER "ANTIESTÁTICAS", YA QUE AL SER UN AMBIENTE HOSPITALARIO POR NORMATIVA SE REQUIERE CUMPLIR CON ESTÁNDARES DE SEGURIDAD, COMO ES LA PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS. ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?	NO ES COREECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, SE ACEPTA OFERTAR "RUEDAS ANTIESTÁTICAS" , COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL"1.7.3 SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS..." DE LA PARTIDA 10 EQUIPO PORTATIL ASPIRADOR PARA SUCCION RAPIDA, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444145	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 11 SISTEMA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES	"ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 1 DESCRIPCIÓN: 1.3 CAPACIDAD DE SUCCIÓN" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SOLICITE UNA CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE 40 LITROS POR MINUTO O MAYOR, YA QUE CON ESTA CAPACIDAD SE CUMPLE CON LA FUNCIÓN SOLICITADA DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, INCLUENDO ASÍ NO SOLO PACIENTES CON TRAQUEOSTOMÍAS SI NO TAMBIEN PACIENTES CON AFECCIONES GASTROINTESTINALES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "...CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE 40 LITROS POR MINUTO O MAYOR...", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.3 CAPACIDAD DE SUCCIÓN", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444146	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 11 SISTEMA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES	"ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 1 DESCRIPCIÓN: 1.3 CAPACIDAD DE SUCCIÓN" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE LA CAPACIDAD DE SUCCIÓN EN LITROS POR MINUTO QUE SE REQUIERE CUMPLIR PARA ESTA PARTIDA.	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA EL NUMERAL 1.3 "CAPACIDAD DE SUCCIÓN" DELA PARTIDA 11 "SISTEMA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES", SE REQUIERE QUE AL MENOS SEA DE AL MENOS 25 LPM O MAYOR. POR LO QUE DEBERÁ OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaracion	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444147	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 11	SISTEMA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES "ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 1 DESCRIPCIÓN: 1.7.3 SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS" ENTENDEMOS QUE LAS RUEDAS DEBES SER "ANTIESTÁTICAS", YA QUE AL SER UN AMBIENTE HOSPITALARIO POR NORMATIVA SE REQUIERE CUMPLIR CON ESTÁNDARES DE SEGURIDAD, COMO ES LA PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS. ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, SE ACEPTA OFERTAR "...LLANTAS ANTIESTÁTICAS...", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.7.3 SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444148	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 11	SISTEMA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES "ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 1 DESCRIPCIÓN: 1.7 GABINETE O BASE RODABLE INTEGRADA O INTERCONSTITUIDA, DE ACERO INOXIDABLE O PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO ABS" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE SOLICITAN UN EQUIPO DE BAJA CAPACIDAD DE SUCCIÓN SE PERMITA ACEPTAR CARRO DE TRANSPORTE EN LUGAR DE GABINETE O BASE RODABLE INTEGRADA, ESTO CON EL OBJETIVO DE NO ENCARECER EL PRODUCTO A OFERTAR Y ASÍ CUMPLIR CON LAS ACTUALES POLÍTICAS DE AUSTERIDAD. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.7 " GABINETE O BASE RODABLE INTEGRADA O INTERCONSTRUIDA DE ACERO INOXIDABLE O PLASTICO DE ALTO IMPACTO ABS DE LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", REQUERIDA PARA LA PARTIDA 11 SISTEMA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES
444149	MEDINGENIUM SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 217 CAMILLA MOVIL PARA TRASLADO DE PACIENTES	DEL PUNTO 1.7.1 LONGITUD TOTAL EN EL RANGO DE 137 A 143 CM Y PROVISTA DE TOPES PARA AMORTIGUAR EL DESLIZAMIENTO DE LOS BARANDALES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ACEPTE UN RANGO TOTAL DE 150 CM DE LARGO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA PARTICIPANTE OFERTE "UN RANGO TOTAL DE 150 CM DE LARGO", PARA EL NUMERAL "1.7.1 LONGITUD TOTAL EN EL RANGO DE 137 A 143 CM Y PROVISTA DE TOPES PARA AMORTIGUAR EL DESLIZAMIENTO DE LS BARANDALES", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO" LO ANTERIOR NO IMPLICA DE FORMA ALGUNA MODIFICACIÓN A LAS CARACTERÍSITICAS ORIGINALMENTE ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA.
444153	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 CABEZAL TIPO MAYFIELD ADULTO PUNTO 1.2.6.2	DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE PUNTO APLICA A LA CABECERA EN FORMA DE HERRADURA Y QUE SE REFIEREN A QUE LOS GELES SEAN LO QUE CUMPLAN CON ESA CARACTERÍSTICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. PRECISA QUE EL NUMERAL "1.2.6.2 RADIOLUCIDO" ALUDE A LA CARACTERISTICA DEL NUMERAL "1.2.6 CABECERA GIRATORIA, EN FORMA DE HERRADURA TIPO MAYFIELD, AJUSTABLE:", LA CUAL ADICIONALMENTE CONTIENE "1.2.6.1 DE GEL, ACOJINADO". EN ESTE CONTEXTO LA CABECERA GIRATORIA EN FORMA DE HERRADURA TIPO MAYFIELD, AJUSTABLE, (CON) DE GEL ACOJINADO, DEBERA SER RADIOLUCIDO.
444154	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 CABEZAL TIPO MAYFIELD ADULTO PUNTO 1.2.6.2	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI REQUIEREN TODA LA CABEZA GIRATORIA EN FORMA DE HERRADURA EN MATERIAL RADIOTRANSPARENTE. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION, LA CABECERA GIRATORIA EN FORMA DE HERRADURA TIPO MAYFIELD, AJUSTABLE, (CON) DE GEL ACOJINADO, DEBERA SER RADIOLUCIDO.
444155	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 CABEZAL TIPO MAYFIELD ADULTO PUNTO 1.2.6.2	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA NOS ACLARE SI REQUIEREN DE TODO EL CABEZAL EN MATERIAL RADIOTRANSPARENTE. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA QUE AL MENOS LA CABECERA GIRATORIA EN FORMA DE HERRADURA TIPO MAYFIELD, AJUSTABLE, (CON) DE GEL ACOJINADO, DEBERA SER RADIOLUCIDO.
444156	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 CABEZAL TIPO MAYFIELD ADULTO PUNTO 2.3	ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO ES PARTE DE LA PIEZA INTERMEDIA PARA FIJACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA A LA MESA QUIRÚRGICA Y QUE SE TRATA DE LA MISMA PIEZA (ADAPTADOR) DEL PUNTO 2.1. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444157	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 CABEZAL TIPO MAYFIELD ADULTO PUNTO 2.3	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ADAPTADOR QUE SE AJUSTA AL ANCHO DE LA MESA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	FAVOR DE ATENDER LA RESPUESTA OTORGADA.
444158	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 CABEZAL TIPO MAYFIELD ADULTO PUNTO 2.4	ENTENDEMOS QUE EL JUEGO DE PINCHOS REUTILIZABLES SOLICITADOS EN ESTE PUNTO Y EN PUNTO 1.2.5 SON LOS MISMOS, Y QUE SOLO REQUIEREN UN JUEGO EN TOTAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
444159	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 24 CABEZAL TIPO MAYFIELD ADULTO PUNTO 2.5	LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE PIEZA SE REFIERE ESTE PUNTO, A LA PIEZA INTERMEDIA O A LOS PINCHOS REUTILIZABLES. FAVOR DE ACLARAR.	SE PRECISA QUE EL NUMERAL "2.5 DE ACERO INOXIDABLE, (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO)" HACE REFERENCIA A LA CARACTERISTICA DE LO SOLICITADO EN EL NUMERAL "2.4 JUEGO DE TRES (3) PINCHOS REUTILIZABLES TIPO MAYFIELD, TAMAÑO ADULTO, (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO)." DE LA PARTIDA 24 CABEZAL TIPO MAYFIELD ADULTO.
444160	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 66 LÁMPARA FRONTAL PUNTO 1.2.3	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, NOS PERMITA OFERTAR UNA LÁMPARA CON TEMPERATURA DE COLOR FIJA DE 5900K CON LO QUE SE TENDRÁ UNA BUENA VISIBILIDAD DE LOS TEJIDOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD TODA VEZ QUE SE REQUIERE UNA TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE EN EL RANGO DE 4,500 GRADOS KELVIN O MENOR A 5,000 GRADOS KELVIN O MAYOR. POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
444161	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (ORTO Y TRAUMA) PUNTO 1.10	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MESA DIVIDIDA EN CUATRO SECCIONES, LO CUAL NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MESA, YA QUE SE PUEDE POSICIONAR AL PACIENTE DE MANERA FÁCIL Y SEGURA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA OFERTAR "MESA DIVIDIDA EN CUATRO SECCIONES ". SE REITERA QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO PARA LA PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN EL NUMERAL 1.10 ES UNA "MESA DIVIDIDA EN AL MENOS CINCO CINCO SECCIONES" ACORDE A LO DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO", POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444162	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (ORTO Y TRAUMA) PUNTO 1.10.3	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MESA QUE PERMITA COLOCAR AL PACIENTE EN POSICION DE NEFRECTOMÍA A TRAVES DE LA FUNCIÓN DE FLEX, LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, PARA EL NUMERAL: "1.10.3 CON ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN CON SISTEMA ARTICULAR PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA", DE LA PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA), LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "FUNCIÓN FLEX ", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
444163	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (ORTO Y TRAUMA) PUNTO 1.10.3	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MESA QUE CUENTE CON UN SISTEMA PARA COLOCAR AL PACIENTE EN POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA, SIN QUE LA SECCIÓN DE ESPALDA ESTE DIVIDIDA EN DOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA OFERTAR "SISTEMA PARA COLOCAR AL PACIENTE EN POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA, SIN QUE LA SECCIÓN DE ESPALDA ESTE DIVIDIDA EN DOS ". SE REITERA QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO PARA LA PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN EL NUMERAL 1.10 ES UNA "MESA DIVIDIDA EN AL MENOS CINCO CINCO SECCIONES" Y 1.10.3 "CON ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑON CON SISTEMA ARTICULAR PARA DAR LA POSICION DE NEFRECTOMÍA" ACORDE A LO DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO", POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444164	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (ORTO Y TRAUMA) PUNTO 1.10.3	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ACCESORIO QUE COLOQUE AL PACIENTE EN POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA OFERTAR "ACCESORIO QUE COLOQUE AL PACIENTE EN POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA". SE REITERA QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO PARA LA PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN EL NUMERAL 1.10 ES UNA "MESA DIVIDIDA EN AL MENOS CINCO CINCO SECCIONES" Y 1.10.3 "CON ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑON CON SISTEMA ARTICULAR PARA DAR LA POSICION DE NEFRECTOMÍA" ACORDE A LO DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO", POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444165	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (ORTO Y TRAUMA) PUNTO 1.10.3	EN CASO DE QUE NOS PERMITAN OFERTAR ESTE PUNTO CON UN ACCESORIO, DEBEMOS ENTENDER QUE EL PUNTO 1.10 DEBE DECIR MESA DIVIDIDA EN AL MENOS CUATRO SECCIONES. ¿ES CORRECTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA OFERTAR "ELEVADOR DE REGION LUMBAR O DE RIÑON COMO ACCESORIO". SE REITERA QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO PARA LA PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN EL NUMERAL 1.10 ES UNA "MESA DIVIDIDA EN AL MENOS CINCO CINCO SECCIONES" Y 1.10.3 "CON ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑON CON SISTEMA ARTICULAR PARA DAR LA POSICION DE NEFRECTOMÍA" ACORDE A LO DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO", POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444166	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (ORTO Y TRAUMA) PUNTO 2.1.7	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLGÍA Y DISEÑO DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, SIMPRE Y CUANDO LA FUNCIONALIDAD DEL ACCESORIO PERMITA LA TOMA DE RAYOS X. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE CÓMPUTO QUE PRETENDE OFERTAR. SE REITERA A LOS LICITANTES QUE LAS SOLICITUDES DE ACLARACION DEBERAN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA DEFINIENDO DE MANERA CLARA AQUELLA O AQUELLAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PRETENDE OFERTAR Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS APARTADOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA. LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CUYAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEAN IGUALES, EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", INDICANDO EL NUMERAL O APARTADO ESPECIFICO CON EL CUAL SE RELACIONA.
444167	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (ORTO Y TRAUMA) PUNTO 2.1.7	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SOPORTE PARA CHASIS CON FIJACIÓN AL RIEL LATERAL, CON LO CUAL SE ASEGURA LA CORRECTA COLOCACIÓN DEL CHASIS PARA LA PLACA Y LA TOMA CORRECTA DE LA MISMA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, PARA EL NUMERAL 2.1.7 CHAROLA PORTA CHASIS DE 35 X 43 CM (14 X 17 PULGADAS). (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO)." DE LA PARTIDA 219: MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA), LA CARACTERISTICA TECNICA " SOPORTE PARA CHASIS CON FIJACION AL RIEL LATERAL, CON LO CUAL SE ASEGURA LA CORRECTA COLOCACION DEL CHASIS ", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
444168	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (ORTO Y TRAUMA) PUNTO 2.2.4	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, YA QUE CON LA EXTENSIÓN ORTOPÉDICA SE PUEDEN REALIZAR PROCEDIEMIENTOS DE TIBIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "2.2.4 DISPOSITIVO DE EXTENSION PARA PROCEDIMIENTOS DE TIBIA. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO)"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444169	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (ORTO Y TRAUMA) PUNTO 2.2.8	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI REQUIEREN 3 SOPORTES ARTICULADOS PARA BRAZO CRUZADO EN TOTAL, YA QUE EN EL PUNTO 2.1.3 PIDEN UNO DE LOS DOS SOPORTES PARA BRAZO QUE SEA PARA DECUBITO LATERAL Y EN ESTE PUNTO ESTÁN SOLCITADO DOS MÁS PARA BRAZO CRUZADO. FAVOR DE ACLARAR.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACLARA QUE EN EL NUMERAL SE SOLICITA "2.1.3 SOPORTE ACOJINADO PARA BRAZO CON FIJADOR. (2 PIEZAS). AL MENOS UNO DE ELLOS PARA BRINDAR APOYO EN LAS POSICIONES: DECÚBITO LATERAL O SIMS. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO).", ASI COMO EN EL NUMERAL "2.2.8 SOPORTE ARTICULADO PARA BRAZO CRUZADO. (2 PIEZAS). (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO)." EN ESTE CONTEXTO EL SOPORTE ACOJINADO DEL NUMERAL 2.1.3 ES PARA LA COLOCACION DEL PACIENTE EN DECUBITO LATERAL DESCANSANDO SOBRE EL ABDOMEN CON UN BRAZO DETRÁS DEL CUERPO Y OTRO FLEXIONADO. EN ESTE CONTEXTO, LA LICITANTE DEBERA OFERTAR BIENES QUE ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
444170	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (ORTO Y TRAUMA) PUNTO 2.2.5	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, YA QUE CON LA EXTENSIÓN ORTOPÉDICA SE PUEDEN REALIZAR PROCEDIEMIENTOS DE TIBIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "2.2.5 SOPORTE DE RODILLA PARA PROCEDIMIENTOS DE TIBIA. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO)"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
444171	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (ORTO Y TRAUMA) PUNTO 2.3.1	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COJINES DE GEL O POLIURETANO DE DISTINTA MARCA DE LA MESA, YA QUE AL TRATARSE DE POSICIONADORES ÉSTOS SON UNIVERSALES Y COMPATIBLES CON DIFERENTES MARCAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, PARA EL NUMERAL: "2.3.1 COJIN DE GEL O DE POLIURETANO PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS OSEAS Y POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE EN DECUBITO VENTRAL (BOCA ABAJO). (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO)". DE LA PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA), LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "COJINES DE GEL O POLIURETANO DE DISTINTA MARCA DE LA MESA", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
444172	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (ORTO Y TRAUMA) PUNTO 2.3.1	DEBEMOS ENTENDER QUE REQUIEREN POR LO MENOS UN COJÍN PARA EL PECHO Y ABDOMEN, UNO PARA LA CABEZA Y UNO PARA LOS PIES. ¿ES CORRECTA NUESTRA A APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACEPTA OFERTAR, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 2.3.1 "COJINES DE GEL O DE POLIURETANO PARA PROTECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ÓSEAS Y POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE EN DECÚBITO VENTRAL (BOCA ABAJO) . (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO).", PODRAN OFERTAR "POR LO MENOS UN COJÍN PARA EL PECHO Y ABDOMEN, UNO PARA LA CABEZA Y UNO PARA LOS PIES.", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
444173	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (ORTO Y TRAUMA) PUNTO 2.3.1	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA MÁS ESPECÍFICO CON LA CANTIDAD Y QUE COJINES SON LOS QUE REQUIEREN. FAVOR DE ACLARAR.	FAVOR DE ATENDER LA RESPUESTA OTORGADA.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444174	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 70. LAVADORA DESCONTAMINADORA. PUNTO 1.16	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN SUAVIZADOR DE AGUA POR SEPARADO, PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE, PARA EL NUMERAL 1.16 "DESMINERALIZADOR O SUAVIZADOR DE AGUA, INTEGRADO.", LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA: " SUAVIZADOR DE AGUA POR SEPARADO", SIEMPRE Y CUANDO SEA EFICIENTE EL EQUIPO Y QUE PERMITA EL USO AUTOMATIZADO E INDEPENDIENTE SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
444175	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 70. LAVADORA DESCONTAMINADORA. PUNTO 1.3	ENTENDEMOS QUE LA LAVADORA ES DE 1 (UNO) PUERTA. ¿ES CORRECTO?	SI ES CORRECTO, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE EL EQUIPO DE LA PARTIDA 70 LAVADORA DESCONTAMINADORA ES UN EQUIPO DE UNA SOLA PUERTA Y SE REITERA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN OFERTAR EQUIPOS QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444176	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 70. LAVADORA DESCONTAMINADORA. PUNTO 4.3	ENTENDEMOS QUE LA LAVADORA SERÁ CALENTADA POR VAPOR DE CALDERA CENTRAL SUMINISTRADO POR EL HOSPITAL. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL CONTRATO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS TIENE COMO ALCANCE ENTREGAR LAS ÁREAS TERMINADAS AL 100%, ASÍ MISMO SE TIENE UNA CONSIDERACIÓN DE CARGA DE LOS EQUIPOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO. SE PRECISA QUE EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ DE PRESENTAR LAS GUÍAS MECÁNICAS CORRESPONDIENTES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL MISMO, EN CASO CONTRARIO SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS CON LAS GUÍAS TIPO INCLUIDAS EN EL PROYECTO Y SERÁ EL PROVEEDOR ADJUDICADO EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE CUALQUIER ADECUACIÓN NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.
444177	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 70. LAVADORA DESCONTAMINADORA. PUNTO 4.3	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA LAVADORA CALENTADA ELÉCTRICAMENTE A 480 VOLTS 3 FASES. ¿SE ACEPTA?	LA RESPUESTA AL ID QUE ANTECEDE ES AFIRMATIVA
444178	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 71. LAVADORA ULTRASÓNICA. PUNTO 1.3	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE EL LÍMITE DEL VOLUMEN DE LA TINA DE LAVADO, DEBIDO A QUE DICE 21 LITROS O MAYOR, HABIENDO MÚLTIPLES OPCIONES. POR FAVOR ACLARE.	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA EL VOLUMEN DE LA TINA DE LAVADO DEL EQUIPO QUE PRETENDE OFERTAR. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.
444179	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 71. LAVADORA ULTRASÓNICA. PUNTO 1.7.1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL DE REFERENCIAR, YA QUE LA TEMPERATURA DE LAVADO LA DETERMINA EL FABRICANTE DEL DETERGENTE USADO, NO LA LAVADORA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LA PARTIDA 71 LAVADORA ULTRASÓNICA, CON RESPECTO A LA CARACTERÍSTICA "SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL DE REFERENCIAR", TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ESTA DESCRITO EN EL NUMERAL "1.7.1 CON TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO IGUAL O MAYOR A 60°C.", POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023
PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"
(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Seccion de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444180	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 71. LAVADORA ULTRASÓNICA. PUNTO 3.1	PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DETERGENTE LÍQUIDO EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE SOBRES QUE SOLICITA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE UNA " DETERGENTE LÍQUIDO EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE SOBRES QUE SOLICITA." CORRESPONDIENTE A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL NUMERAL 3.1 "AL MENOS, CIEN (100) SOBRES DE DETERGENTE ENZIMÁTICO BAJO EN ESPUMA, COMPATIBLE CON LA FUNCION DEL EQUIPO. (INCLUIR MARCA Y NUMERO DE PARTE)" PARA LA PARTIDA 71 LAVADORA ULTRASONICA. SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444181	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 71. LAVADORA ULTRASÓNICA. PUNTO 4.3	ENTENDEMOS QUE EL AGUA SUAVIZADA SERÁ SUMINISTRADA POR EL HOSPITAL. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL CONTRATO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS TIENE COMO ALCANCE ENTREGAR LAS ÁREAS TERMINADAS AL 100%, ASÍ MISMO SE TIENE UNA CONSIDERACIÓN DE CARGA DE LOS EQUIPOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO. SE PRECISA QUE EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ DE PRESENTAR LAS GUÍAS MECÁNICAS CORRESPONDIENTES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL MISMO, EN CASO CONTRARIO SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS CON LAS GUÍAS TIPO INCLUIDAS EN EL PROYECTO Y SERÁ EL PROVEEDOR ADJUDICADO EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE CUALQUIER ADECUACIÓN NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.
444182	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8 ASPIRADOR ULTRASONICO PUNTO 1.2.3.1, 1.2.3.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR UNA LIBRE PARTICIPACION UNA TOLERANCIA DE +/- 10% DE LAS MEDIDAS SOLICITADAS ¿SEACEPTA?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL A SU CUESTIONAMIENTO, TODA VEZ, QUE EL LICITANTE NO ESPECIFICA LAS MEDIDAS DE LA TECNOLOGIA QUE SU REPRESENTADA PRETENDE OFERTAR, EN RELACIÓN PARA LOS SUB NUMERALES 1.2.3.1 Y 1.2.3.2 SE REITERA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CUYAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEAN IGUALES, SIMILARES, EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", LAS CUALES ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE. LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444183	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8 ASPIRADOR ULTRASONICO PUNTO 1.2.4.1, 1.2.4.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR UNA LIBRE PARTICIPACION UNA TOLERANCIA DE +/- 10% DE LAS MEDIDAS SOLICITADAS ¿SEACEPTA?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL A SU CUESTIONAMIENTO, TODA VEZ, QUE EL LICITANTE NO ESPECIFICA LAS MEDIDAS DE LA TECNOLOGIA QUE SU REPRESENTADA PRETENDE OFERTAR, EN RELACIÓN PARA LOS SUB NUMERALES 1.2.4.1 Y 1.2.4.2. SE REITERA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CUYAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEAN IGUALES, SIMILARES, EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", LAS CUALES ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE. LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444184	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8 ASPIRADOR ULTRASONICO PUNTO 1.2.5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR UNA LIBRE PARTICIPACION UNA TOLERANCIA DE +/- 10% DE LAS MEDIDAS SOLICITADAS ¿SEACEPTA?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL A SU CUESTIONAMIENTO, TODA VEZ, QUE EL LICITANTE NO ESPECIFICA LAS MEDIDAS DE LA TECNOLOGIA QUE SU REPRESENTADA PRETENDE OFERTAR, EN RELACIÓN PARA EL NUMERAL 1.2.5. SE REITERA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CUYAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEAN IGUALES, SIMILARES, EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", LAS CUALES ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE. LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023
PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"
(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444185	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8 ASPIRADOR ULTRASONICO PUNTO 2.1.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PIEZA DE MANO Y UNA PUNTA RECTA, YA QUE ES LA TECNOLOGIA, QUE UTILIZA MI FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA ACREDITAR EL NUMERAL 2.1.1, PODRA OFERTAR LA PIEZA QUE MANO QUE VA CON EL EQUIPO Y SU PUNTA Y ADICIONALMENTE UNA (1) PIEZA DE MANO MÁS DE LAS MISMAS CARACTÉRISTICAS. SE REITERA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CUYAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEAN IGUALES, SIMILARES, EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", LAS CUALES ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE. LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444186	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8 ASPIRADOR ULTRASONICO PUNTO 2.1.1.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ME PERMITA UNA TOLERANCIA DE - 10% DE LA MEDIDA SOLICITADA, ESTO PARA PERMITIR UNA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL A SU CUESTIONAMIENTO, TODA VEZ, QUE EL LICITANTE NO ESPECIFICA LAS MEDIDAS DE LA TECNOLOGIA QUE SU REPRESENTADA PRETENDE OFERTAR, EN RELACIÓN PARA EL NUMERAL 2.1.1.1. SE REITERA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CUYAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEAN IGUALES, SIMILARES, EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", LAS CUALES ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE. LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444187	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8 ASPIRADOR ULTRASONICO PUNTO 2.1.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PIEZA DE MANO Y UNA PUNTA ANGULADA, YA QUE ES LA TECNOLOGIA, QUE UTILIZA MI FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA ACREDITAR EL NUMERAL 2.1.2, PODRA OFERTAR LA PIEZA QUE MANO QUE VA CON EL EQUIPO Y SU PUNTA Y ADICIONALMENTE UNA (1) PIEZA DE MANO MÁS DE LAS MISMAS CARACTÉRISTICAS. SE REITERA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CUYAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEAN IGUALES, SIMILARES, EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", LAS CUALES ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE. LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444188	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8 ASPIRADOR ULTRASONICO PUNTO 2.1.2.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ME PERMITA UNA TOLERANCIA DE - 10% DE LA MEDIDA SOLICITADA, ESTO PARA PERMITIR UNA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL A SU CUESTIONAMIENTO, TODA VEZ, QUE EL LICITANTE NO ESPECIFICA LAS MEDIDAS DE LA TECNOLOGIA QUE SU REPRESENTADA PRETENDE OFERTAR, EN RELACIÓN PARA EL NUMERAL 2.1.2.1. SE REITERA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CUYAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEAN IGUALES, SIMILARES, EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", LAS CUALES ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE. LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444189	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8 ASPIRADOR ULTRASONICO PUNTO 2.1.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PIEZA DE MANO Y UNA PUNTA , YA QUE ES LA TECNOLOGIA, QUE UTILIZA MI FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA ACREDITAR EL NUMERAL 2.1.2, PODRA OFERTAR LA PIEZA QUE MANO QUE VA CON EL EQUIPO Y SU PUNTA Y ADICIONALMENTE UNA (1) PIEZA DE MANO MÁS DE LAS MISMAS CARACTÉRISTICAS. SE REITERA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CUYAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEAN IGUALES, SIMILARES, EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", LAS CUALES ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE. LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444190	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8 ASPIRADOR ULTRASONICO PUNTO 2.5, 2.6, 2.7	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTOS PUNTOS EN LA CONSOLA, YA QUE ES LA TECNOLOGIA DE NUESTRO FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR LOS ACCESORIOS DE LOS NUEMRLAES 2.5, 2.6 Y 2.7 QUE ESTEN INTEGRADOS A LA CONSOLA DE CONTROL, COMO OPCIÓN PARA LOS NUMERALES EN COMENTO, SIEMPRE Y CUANDO CORRBORE O COMPRUEBE EL FUNCIONAMIENTO SOLICITADO. LO ANTERIOR SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444191	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 8 ASPIRADOR ULTRASONICO PUNTO 3.1.1.2, 3.1.1.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, ESTO PARA PERMITIR UNA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCIÓN LOS NUMERLAES 3.1.1.2 Y 3.1.1.3, SIEMPRE Y CUANDO CORRBORE O COMPRUEBE QUE LA TECNOLOGIA DE SU REPRESENTADA NO LO UTULIZA DICHOS CONSUMIBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO SOLICITADO, LO ANTERIOR SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444192	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PUNTO 2.6	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PLACAS DESECHABLES, DADO QUE SON MAS SEGURAS YA QUE TIENEN EL SISTEMA DE MONITOREO, PROPORCIONANDO UNA MAYOR SEGURIDAD A LOS PACIENTES ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL: 2.6 "PLAZAS DE RETORNO DE PACIENTE, REUSABLE CON CABLE DE CONEXIÓN REUSABLE.(INCLUIR MARCAS Y MODELOS Y/O NUMERO DE CATALOGOS),CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS" , 2.6.1 "AL MENOS UNA(1) TAMAÑO ADULTO Y 2.6.2 "AL MENOS UNA (1) TAMAÑO PEDIATRICO PARA LA PARTIDA: 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA (GINECOLÓGICA). LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
444193	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PUNTO 2.8	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA QUE ESTOS CONSUMIBLES SEAN OPCIONALES, DADO QUE NO SON PROPIOS DE LA MARCA DE ELECTROCIRUGIA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL: 2.8 "ESPECULO VAGINAL, DE MATERIAL NO CONDUCTIVO Y LIBRE DE LATEX, PARA SU USO CON LA UNIDAD ELECTROQUIRURGICA, CON CONECTOR PARA INSERCION DE LA MANGUERA DEL EVACUADOR DE HUMO, DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS:". PARA LA PARTIDA: 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA (GINECOLÓGICA). LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
444194	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 ELECTROCAUTERIO DENTAL PUNTO 1.5.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, DADO QUE NUESTRO EQUIPO TIENE UN MODO DE TRABAJAR SIN PLACA, POR LO QUE NUESTRO EQUIPO NO LO DETECTA COMO FALLA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL: 1.5.1 "CON DESACTIVACION AUTOMATICA DE LA PLACA". PARA LA PARTIDA: 41 ELECTROCAUTERIO DENTAL. LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
444195	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 ELECTROCAUTERIO DENTAL PUNTO 1.11	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA QUE EL PEDAL SEA OPCIONAL, AYA QUE ESTE TIPO DE EQUIPOS ES MAS FAVORABLE TRABAJAR CON PINZA O LAPIZ ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL: 1.11 "CON PEDALES PARA LA ACTIVACIÓN DEL EQUIPO, PARA CORTE Y COAGULACIÓN, EL CUAL DEBE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN CONTRA AGUA ARROJADA A CHORRO DESDE CUALQUIER ANGULO O GARANTIZAR LA PROTECCIÓN CONTRA EFECTOS DE UNA INMERSIÓN EN AGUA; CON CABLE DE CONEXIÓN DE 4M COMO MINIMO(INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO). PARA LA PARTIDA: 41 ELECTROCAUTERIO DENTAL. LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444196	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 41 ELECTROCAUTERIO DENTAL PUNTO 2.1, 2.2, 2.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESTOS PUNTOS SEAN OPCIONALES, DADO QUE NO TODAS LAS TECNOLOGIAS LO REQUIEREN COMO TAL, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL: 2.1 "CARRO O BASE RODABLE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO, DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DEL EQUIPO. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO" 2.2 "PEDAL MONOPOLAR PARA CORTE Y COAGULACIÓN. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO) EL CUAL DEBE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN CONTRA AGUA ARROJADA A CHORRO DESDE CUALQUIER ANGULO O GARANTIZARLA PROTECCIÓN CONTRA EFECTOS DE UNA INMERSION EN AGUA CON CABLE DE CONEXIÓN DE 4M COMO MINIMO (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO) " 2.3"PEDAL BIPOLAR, EL CUAL DEBE GARANTIZAR PROTECCION CONTRA EL AGUA ARROJADA A CHORRO DESDE CUALQUIER ANGULO O GARANTIZARLA PROTECCIÓN CONTRA EFECTOS DE UNA INMERSION EN AGUA CON CABLE DE CONEXIÓN DE 4M COMO MINIMO (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO) ". PARA LA PARTIDA: 41 ELECTROCAUTERIO DENTAL. LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
444197	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	GENERAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA AQUELLOS PUNTOS QUE NO SE PUEDAN REFERENCIAL TEXTUALMENTE, ACEPTEN IMÁGENES DESCRIPTIVAS QUE SE ENCUENTREN EN CATALOGOS O MANUALES ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE SU REPRESENTADA PRESENTE, COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, "IMÁGENES DESCRIPTIVAS QUE SE ENCUENTREN EN CATALOGOS O MANUALES" DONDE SE PUEDA APRECIAR LOS PUNTOS SOLICITADOS EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULOS, TODA VEZ QUE, ACORDE A LA PRESENTE COVOCATORIA, EN EL ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO E) FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERÁN CORRESPONDER, CON LA(S) MARCA(S) Y MODELO(S) Y/O NÚMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NÚMERO(S) DE CATÁLOGO(S) Y CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NO. 4.1 "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", TAL DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER COMPLETA Y, DEBERÁ PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL DEBERÁ PROPORCIONAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES. EN CASO DE PRESENTAR IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS, SE PRECISA QUE EL LICITANTE DEBERÁ COMPROBAR QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFÍA Y EL BIEN OFERTADO.
444198	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	GENERAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR TEXTOS SIMILARES, QUE SON TRADUCCIONES PROPIAS DEL FABRICANTE Y A VECES NO ES LA MISMA PALABRA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA "REFERENCIAR CON TRADUCCIONES PROPIAS DEL FABRICANTE", PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, TODA VEZ QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA A OFERTAR EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, QUE ENVÍE EL LICITANTE COMO SUSTENTO A SU PROPUESTA TÉCNICA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444199	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO DOS, INISO E)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR SOLO HOJAS REFERENCIADAS DE LOS MANUALES, CATÁLOGOS, HOJAS DE DATOS O FOLLETOS, Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE ENTREGARAN COMPLETOS.	NO SE ACEPTA, SE ACLARA QUE, LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LO OFERTADO, DEBERA SER COMPLETA, Y EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, DEBERA PROPORCIONAR LA TRADUCCION SIMPLE AL ESPAÑOL, SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRA CONTENER UNICAMENTE LAS PAGINAS, SECCIONES Y/O PARRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES
444200	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	OTROS	COMPRANET	SOLICITAMOS AMABLMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA PROPUESTA TÉCNICA SE SUBIRA EN TODOS LOS NUMERALES DE 1 AL 15?	DEBERA PRESENTAR SU PROPUESTA TÉCNICA EN EL PARAMETRO 1, Y SE PODRÁ HACER USO DE LOS PARAMETROS DEL 2 AL 15 SOLO EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444201	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	OTROS	COMPRANET	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, ¿ NOS PODRÍA ACLARAR CUAL SERIA LA MANERA CORRECTA?	DEBERA PRESENTAR SU PROPUESTA TÉCNICA EN EL PARAMETRO 1, Y SE PODRÁ HACER USO DE LOS PARAMETROS DEL 2 AL 15 SOLO EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO PARA EL ENVÍO SU PROPOSICIÓN.
444202	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	BASES DEE CONVOCATORIA	SE SOLICTA AMABLEMENTE A LA CONVOACANTE NOS ACEPTE PRESENTAR CARTA DE NO APLICA A LOS INCISOS QUE NO NOS APLIQUEN EN LA PRESENTES BASES DE LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE CONFIRMA QUE EN CASO DE QUE, A JUICIO DEL LICITANTE, NO APLIQUE ALGÚN DOCUMENTO Y/O ANEXO RELACIONADO CON LA CONVOCATORIA, SE PODRÁ NO PRESENTARLO O PRESENTARLO CON LA LEYENDA DE NO APLICA Y NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE LA CONVOCANTE EVALUE LA APLICABILIDAD DEL REQUISITO, ANEXO Y/O DOCUMENTO OMITIDO.
444203	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO S A P I DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PARTIDAS 49 Y 109	EN RELACION A LOS BIENES NACIONALES CONFORME A LAS REGLAS DE ORIGEN, CAPITULO 3, NUMERAL 11, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INGRESAR BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, NO PERTENECIENTES A LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CUENTEN CON TODAS SUS CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD VIGENTE TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES.	NO SE ACEPTA. DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA EN NUMERAL 1.2 MEDIO Y CARACTER, EL CUAL SEÑALA QUE EL CARACTER DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ES INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, POR LO CUAL SOLO PODRAN PARTICIPAR LICITANTES MEXICANOS Y EXTRANJEROS DE PAISES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE, EL CUAL CONTENGA DISPOSICIONES EN MATERIA DE COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO QUE LO PERMITAN Y SE REFIERA A BIENES Y SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL O DE DICHOS PAISES, CONFORME A LAS REGLAS QUE PARA TALES EFECTOS FUERON EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, ASI COMO AL OFICIO CIRCULAR NO. UN 700 TU AD 198 2023, POR EL QUE SE DA A CONOCER A LAS DEPENDENCIAS Y SUS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARAESTATAL, ASI COMO A LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SUJETAS A LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE SE INDICAN, LA CONVERSION A MONEDA NACIONAL PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023, CON VIGENCIA DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, PÚBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE JUNIO DE 2023.
444204	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 7 ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA	"ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 1 DESCRIPCIÓN: 1.1 DOS (2) DEPÓSITOS DE LÍQUIDOS GRADUADOS EN MILIMETROS (ML) CON CAPACIDAD DE AL MENOS 1 LITRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS..." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PODEMOS ENTREGAR DOS (2) DEPÓSITOS DE LÍQUIDOS GRADUADOS EN MILIMETROS (ML) CON CAPACIDAD DE AL MENOS 1 LITRO AUNQUE EL ASPIRADOR SOLO TENGA SOPORTE PARA UN FRASCO, ESTO EN EL ENTENDIDO QUE LA CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE 15 LITROS POR MINUTO ES USADA EN PROCEDIMIENTOS DE TRAQUEOSTOMÍAS U OTORRINOLARINGOLOGÍA POR LO CUAL EL VOLUMEN A ASPIRAR DE MANERA CONTINUA NO ES SUPERIOR A 1 LITRO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LA PARTIDA 7 ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA, CON RESPECTO A LA CARACTERÍSTICA " PODEMOS ENTREGAR DOS (2) DEPÓSITOS DE LÍQUIDOS GRADUADOS EN MILIMETROS (ML) CON CAPACIDAD DE AL MENOS 1 LITRO AUNQUE EL ASPIRADOR SOLO TENGA SOPORTE PARA UN FRASCO", TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ES UN EQUIPO CON DOS DEPOSITOS PARA LÍQUIDOS, ACORDE A LO QUE ESTA DESCRITO EN EL NUMERAL "1.5 DOS (2) DEPÓSITOS DE LÍQUIDOS GRADUADOS EN MILÍMETROS (ML) CON CAPACIDAD DE AL MENOS 1 LITRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS", POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444205	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 7 ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA	"ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 1 DESCRIPCIÓN: 1.6.2 SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS" ENTENDEMOS QUE LAS RUEDAS DEBES SER "ANTIESTÁTICAS", YA QUE AL SER UN AMBIENTE HOSPITALARIO POR NORMATIVA SE REQUIERE CUMPLIR CON ESTÁNDARES DE SEGURIDAD, COMO ES LA PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS. ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN RESPECTO A "LAS RUEDAS DEBES SER "ANTIESTÁTICAS". SIN EMBARGO, SE ACEPTA OFERTAR "RUEDAS ANTIESTÁTICAS", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.6..2 SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS" DE LA PARTIDA 7 ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Seccion de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444206	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9 ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE	"ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 1 DESCRIPCIÓN: 1.4.2 SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA GRADUAR EL NIVEL DE SUCCIÓN" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, YA QUE ENTENDEMOS EN ESTE PUNTO PODEMOS OFERTAR UN ASPIRADOR QUE PERMITA CAMBIAR DE FORMA AUTOMÁTICA DEL PRIMER FRASCO AL SEGUNDO FRASCO SIN INTERRUMPIR LA ASPIRACIÓN, ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA EL NUMERLA 1.4.2 "SELECCIÓN DE MODO DE SUCCIÓN", SE REFIERE A LA ESPECIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL PARA SELECCIONAR ENTRE SUCCIÓN CONINUA O INTERMITENTE; FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.4.2, DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. POR LO QUE DEBERÁ OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444207	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 9 ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE	"ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 1 DESCRIPCIÓN: 1.7.3 SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS" ENTENDEMOS QUE LAS RUEDAS DEBES SER "ANTIESTÁTICAS", YA QUE AL SER UN AMBIENTE HOSPITALARIO POR NORMATIVA SE REQUIERE CUMPLIR CON ESTÁNDARES DE SEGURIDAD, COMO ES LA PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS. ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, SE ACEPTA OFERTAR "RUEDAS ANTIESTÁTICAS" , COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL"1.7.3 SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS..." DE LA PARTIDA 9 ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE, PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444208	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 10 EQUIPO PORTATIL ASPIRADOR PARA SUCCION RAPIDA	"ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 1 DESCRIPCIÓN: 1.3 CAPACIDAD DE SUCCIÓN" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SOLICITE UNA CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE 60 LITROS POR MINUTO O MAYOR, YA QUE CON ESTA CAPACIDAD SE PUEDE ABRARCAR LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN UNA MAYOR CANTIDAD DE ÁREAS HOSPITALARIAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE 60 LITROS POR MINUTO O MAYOR" , COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL"1.3 CAPACIDAD DE SUCCIÓN..." DE LA PARTIDA 10 EQUIPO PORTATIL ASPIRADOR PARA SUCCION RAPIDA, PARA LA EVALUACIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444209	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 11	SISTEMA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES "ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 1 DESCRIPCIÓN: 1.5 DOS (2) DEPÓSITOS DE LÍQUIDOS GRADUADOS EN MILIMETROS (ML) CON CAPACIDAD DE AL MENOS 1 LITRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS..." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PODEMOS ENTREGAR DOS (2) DEPÓSITOS DE LÍQUIDOS GRADUADOS EN MILIMETROS (ML) CON CAPACIDAD DE AL MENOS 1 LITRO AUNQUE EL ASPIRADOR SOLO TENGA SOPORTE PARA UN FRASCO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ARTÍCULO 26 PÁRRAFO SÉPTIMO, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.5 DOS (2) DEPÓSITOS DE LÍQUIDOS GRADUADOS EN MILIMETROS (ML) CON CAPACIDAD DE AL MENOS 1 LITRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS...", DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. POR LO QUE DEBERÁ OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444210	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 11	SISTEMA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES "ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 1 DESCRIPCIÓN: 1.5 DOS (2) DEPÓSITOS DE LÍQUIDOS GRADUADOS EN MILIMETROS (ML) CON CAPACIDAD DE AL MENOS 1 LITRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS..." EN CASO DE NO ACEPTARSE LA PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 1 SOLO DEPÓSITO DE LÍQUIDOS GRADUADO EN MILIMETROS (ML) CON CAPACIDAD DE 2 LITROS, QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL 1.5.1 AL 1.5.4. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ARTÍCULO 26 PÁRRAFO SÉPTIMO, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.5 DOS (2) DEPÓSITOS DE LÍQUIDOS GRADUADOS EN MILIMETROS (ML) CON CAPACIDAD DE AL MENOS 1 LITRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS...", DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. POR LO QUE DEBERÁ OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Seccion de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
444215	MEDINGENIUM SA DE CV	TÉCNICO	FICHA TECNICA PARTIDA 217 CAMILLA MOVIL PARA TRASLADO DE PACIENTES	1.7.3 CON DISTANCIA ENTRE CADA POSTE O TRAVESAÑO DEL BARANDAL O BARANDILLA DE 12 CM, COMO MÁXIMO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ACEPTE UNA DISTANCIA ENTRE CADA POSTE O TRAVESAÑO DEL BARANDAL DE 29CM APROX COMO MAXIMO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITU DE OFERTAR COMO OPCIÓN "UNA DISTANCIA ENTRE CADA POSTE O TRAVESAÑO DEL BARANDAL DE 29CM APROX COMO MAXIMO", PARA EL NUMERAL 1.7.3 "CON DISTANCIA ENTRE CADA POSTE O TRAVESAÑO DEL BARANDAL O BARANDILLA DE 12 CM, COMO MÁXIMO.", FAVOR DE ATENDER LAS CARACTERISTICAS DE LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
444216	CAVAL INTEGRADOR MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 216 CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES.	1.5.2.- ANCHO DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE 65 CM. DE ANCHO. PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA EL OFERTAR UNA CAMILLA CON UN ANCHO DE SUPERFICIE DE PACIENTE DE 62 CM DE ANCHO, LO CUAL NO DEMERITA SU FUNCIONAMIENTO. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DE OFERTAR COMO OPCIÓN "ANCHO DE SUPERFICIE DE PACIENTE DE 62 CM DE ANCHO", TODA VEZ QUE LA CONVOCANTE SOLICITA PARA EL NUMERAL 1.5.2, "ANCHO DE 65 O MAYOR. SE REITERA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CUYAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEAN IGUALES, SIMILARES, EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". LAS CUALES ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE. DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCION DE ARTÍCULO".
444217	CAVAL INTEGRADOR MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 216 CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES.	1.7.2.- CON DISTANCIA ENTRE CADA POSTE O TRAVESAÑO DEL BARANDAL O BARANDILLA DE 12 CM COMO MÁXIMO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA PARTICIPAR OFERTANDO UNOS BARANDALES CORRIDOS ABATIBLES EN TRES POSICIONES QUE PUEDEN SERVIR DE TRANSFERENCIA AL PASAR AL PACIENTE DE UNA CAMA A OTRA, TAMBIÉN SE PUEDEN FIJAR EN FORMA HORIZONTAL PARA ACTUAR DE APOYO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE IV U OTRO TRATAMIENTO, SE ACEPTA?	SI SE REFIERE AL NUMERAL 1.7.3, SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCIÓN "UNOS BARANDALES CORRIDOS ABATIBLES EN TRES POSICIONES QUE PUEDEN SERVIR DE TRANSFERENCIA AL PASAR AL PACIENTE DE UNA CAMA A OTRA, TAMBIÉN SE PUEDEN FIJAR EN FORMA HORIZONTAL PARA ACTUAR DE APOYO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE IV U OTRO TRATAMIENTO" PARA EL NUMERAL 1.7.3 " CON DISTANCIA ENTRE CADA POSTE O TRAVESAÑO DEL BARANDAL" O BARANDILLA DE 12 CM. COMO MÁXIMO", PARA LA PARTIDA 216. SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA
444233	CAVAL INTEGRADOR MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 216 CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES.	1.9.1.- COLCHON DE 8 CM DE ESPESOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA PARTICIPAR OFERTANDO UN ESPESOR DE 7 CM SE ACEPTA.	SE ACEPTA QUE LA PARTICIPANTE OFERTE "UN ESPESOR DE 7 CM", PARA EL NUMERAL "1.9.1 DE POLIURETANO DE 8 CM DE ESPESOR". DE LA PARTIDA 216. SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". LO ANTERIOR NO IMPLICA DE FORMA ALGUNA MODIFICACIÓN A LAS CARACTERÍSITICAS ORIGINALMENTE ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA.

ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO)

En la Ciudad de México, siendo las **16:00** horas del día **28 de noviembre de 2023**, en la Sala 5, Sótano Ala Poniente del edificio de Avenida Paseo de la Reforma No. 476, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06600, se reunieron los servidores públicos y el Testigo Social designado por la Secretaría de la Función Pública cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo el cierre de la Junta de Aclaraciones de la Convocatoria indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante LAASSP o la Ley), 45 y 46 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante RLAASSP o el Reglamento) y en el numeral 3.4 de la Convocatoria.

El acto es presidido por la Lic. Karla Pacheco Villanueva, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, de conformidad con las facultades conferidas en el numeral 7.1.3.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, así como el numeral 5.3.8., inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

Se informa que el presente acto está siendo videograbado, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 6 y 8 de la sección II del "Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante el DOF), el 20 de agosto de 2015; y los Acuerdos por los que se modifica el Protocolo de Actuación en cita, publicados en el DOF los días 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017.

Quien preside el acto, es asistida por los representantes de la Coordinación Técnica de Construcción como Área Requirente y de la Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo como Área Técnica, quienes solventarán las preguntas (repreguntas) de carácter técnico; y el Área Contratante, solventará las preguntas (repreguntas) de carácter legal – administrativo y económico.

Se informa que se encuentran presentes los representantes de la Coordinación de Legislación y Consulta y del Órgano Interno de Control en el Instituto.

Se hace del conocimiento de los interesados en participar en el presente procedimiento de contratación que de conformidad con el artículo 26 Ter de la Ley y el "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los Testigos Sociales en las

ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO)

contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal" publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2004; en el presente procedimiento de contratación se cuenta con la participación del Testigo Social Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, A.C., designado por la Secretaría de la Función Pública, para atestiguar el procedimiento de contratación.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 del Reglamento, a este acto no asistió alguna persona que manifestara su interés de estar presente como observador.

1. DESARROLLO DEL ACTO

Quien preside el acto, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 46 fracción II del Reglamento, a través del acta relativa a la Junta de Aclaraciones que se publicó en CompraNet el día 23 de noviembre de 2023, se informó a los licitantes que se otorgaba un plazo de 36 (treinta y seis) horas a partir de la publicación del acta correspondiente para que, en su caso, formularan las preguntas (repreguntas) que consideraran necesarias en relación con las presiciones y las respuestas dadas por la convocante a las solicitudes de aclaración. Dicho plazo transcurrio de las 17:48 horas del 23 de noviembre a las 05:49 del 25 de noviembre del año en curso.

Una vez vencido el plazo referido, se verificó en el sistema CompraNet si existian preguntas (repreguntas) por parte de los licitantes respecto a las precisiones y respuestas dadas a las solicitudes de aclaración, observando que sí se recibieron preguntas (repreguntas) tal como consta en la pantalla del sistema CompraNet que se acompaña a la presente como **ANEXO I**, de los siguientes licitantes:

No.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	No. DE PREGUNTAS
1	ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A DE C.V.	6
2	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	11
3	CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3
4	CASONATO STEELCO SPA, S.A. DE C.V.	3
5	CORPORATIVO MS SISTEMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4
6	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2
7	INSTRUMENTACION MEDICA, S.A DE C.V.	15

Durango 291, Piso 11, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México
Tel. 55 5726-1700, Ext. 14925. www.imss.gob.mx

2023 AÑO DE Francisco VILLA

ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO)

No.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	No. DE PREGUNTAS
8	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R.L. DE C.V.	10
9	PROVEEDORA INTEGRAL DE EMPRESAS, S.A DE C.V.	1
10	SERBINTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2
11	STRYKER MEXICO, S.A DE C.V.	1
	TOTAL	**58**

1. CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS (REPREGUNTAS)

A continuación se da respuesta a las preguntas (repreguntas) realizadas por los licitantes respecto de las precisiones y respuestas dadas a las solicitudes de aclaración de la Convocatoria, adjuntándose a la presente como **ANEXO II**.

Considerando el volumen de la información, en el presente acto se solicita a los asistentes, la dispensa de la lectura de las preguntas (repreguntas) y respuestas, toda vez que las mismas serán difundidas a través del sistema CompraNet; a lo que los asistentes, manifiestan no tener objeción.

2. CIERRE DEL ACTA

Se comunica que la celebración del **Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones** se llevará a cabo el día **6 de diciembre de 2023**, a las **10:00 horas** a través del sistema CompraNet.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento, así como sus respectivos anexos.

Quien preside el acto pregunta a los asistentes si tienen alguna observación o comentario que efectuar, a lo que manifestaron no tener comentarios.

Para efectos de la notificación, en términos de los artículos 37 Bis de la Ley y 45 del Reglamento, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica de CompraNet https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se pone a disposición, copia en el tablero de avisos de la División de Equipo y Mobiliario Médico, ubicado en el piso 11 del inmueble situado en calle Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días

ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO)

hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y en su caso, obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado el presente acto, siendo las **16:20 horas** del día **28 de noviembre de 2023**, firmando la presente para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta, quienes reciben copia de esta.

Esta acta consta de **5** fojas útiles y **2** anexos.

---------- **FIN DE TEXTO** ----------

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE Y CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Karla Pacheco Villanueva Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico		
Lic. Diana Libertad Carreón Guzmán Titular de la División de Evaluación y Análisis Financiero Representante del Área Requirente		
Ing. Jesús Ignacio Zuñiga San Pedro Jefe de Área de la Coordinación Técnica de Infraestructura Médica Representante del Área Técnica		
Lic. José Manuel Garduño Trejo Representante de la Coordinación de Legislación y Consulta		

Durango 291, Piso 11, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México
Tel. 55 5726-1700, Ext. 14925. www.imss.gob.mx

2023 AÑO DE Francisco VILLA

ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO)

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO

NOMBRE	FIRMA	ANTEFIRMA
C.P. Pedro Alberto Reynoso Morales		

TESTIGO SOCIAL DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

NOMBRE	FIRMA	ANTEFIRMA
Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, A.C. Testigo Social PM0ACOO5 Mtro. Alfredo Cristalinas Kaulitz		

Durango 291, Piso 11, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México
Tel. 55 5726-1700, Ext. 14925. www.imss.gob.mx

2023 AÑO DE Francisco VILLA

ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO)

ANEXO

I

EMPRESAS QUE HAN MANIFESTADO INTERÉS EN PARTICIPAR

Fecha y hora de la emisión del reporte: 25/11/2023 06:22

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: **E-2023-00111111**
Número de procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023**
Número de junta: **1**

Empresas interesadas

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Acuse(s) de solicitud de aclaracion	Acuse(s) de repreguntas
1	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 09:50	8 de Noviembre de 2023 a las 11:52	SI	SI
2	AH CORPORATIVO MEDICO DE MEXICO SA DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 09:46	24 de Noviembre de 2023 a las 09:53	NO	NO
3	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 11:48	8 de Noviembre de 2023 a las 11:49	NO	NO
4	ARROBA XYNERGIX SA DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 10:12	9 de Noviembre de 2023 a las 10:13	SI	NO
5	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	13 de Noviembre de 2023 a las 08:38	13 de Noviembre de 2023 a las 08:40	NO	NO
6	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 17:36	8 de Noviembre de 2023 a las 17:36	SI	SI

7	BERCLAN SA DE CV	13 de Noviembre de 2023 a las 15:00	13 de Noviembre de 2023 a las 16:41	NO	NO
8	BIOCARE SYSTEMS SAS DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 13:25	10 de Noviembre de 2023 a las 19:58	SI	NO
9	BIOSYSTEMS HLS SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 14:52	10 de Noviembre de 2023 a las 14:53	NO	NO
10	BRUCE MEDICA INTERNACIONAL SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 13:27		NO	NO
11	CAF HEALTHCARE SYSTEMS SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 10:05	10 de Noviembre de 2023 a las 10:07	SI	NO
12	CANTERA BIOMEDICA SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 19:47		NO	NO
13	CAPRIVEK SA DE CV	13 de Noviembre de 2023 a las 00:59		NO	NO
14	CARDIOPACE SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 11:48		NO	NO
15	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 09:52	8 de Noviembre de 2023 a las 10:21	SI	SI
16	CARLOS ARTURO GARCIA RIVERA	10 de Noviembre de 2023 a las 12:55	10 de Noviembre de 2023 a las 12:55	NO	NO
17	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 10:24	8 de Noviembre de 2023 a las 10:45	SI	SI
18	CAVAL INTEGRADOR MEDICO SA DE CV	13 de Noviembre de 2023 a las 10:37	13 de Noviembre de 2023 a las 10:38	SI	NO
19	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	13 de Noviembre de 2023 a las 08:43	13 de Noviembre de 2023 a las 08:45	SI	NO

20	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS Y HOSPI	8 de Noviembre de 2023 a las 17:03	8 de Noviembre de 2023 a las 17:03	NO	NO
21	COMERCIALIZADORA SARHUA SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 12:56		NO	NO
22	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	23 de Noviembre de 2023 a las 18:37		NO	NO
23	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 11:37		NO	NO
24	CONDUIT LIFE SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 15:33	8 de Noviembre de 2023 a las 16:41	NO	NO
25	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	13 de Noviembre de 2023 a las 09:25	13 de Noviembre de 2023 a las 09:26	SI	NO
26	CORINDAL SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 15:16	10 de Noviembre de 2023 a las 16:02	SI	NO
27	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 10:01	8 de Noviembre de 2023 a las 10:02	SI	SI
28	CYBER ROBOTIC SOLUTIONS SA DE CV	15 de Noviembre de 2023 a las 14:20	23 de Noviembre de 2023 a las 18:49	NO	NO
29	DESARROLLO DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS SA DE CV	22 de Noviembre de 2023 a las 19:53		NO	NO
30	DEWIMED SA	9 de Noviembre de 2023 a las 19:02	9 de Noviembre de 2023 a las 19:10	SI	NO
31	DIAGNOCELL LABORATORIOS SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 12:17	8 de Noviembre de 2023 a las 12:18	NO	NO

32	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 16:06	8 de Noviembre de 2023 a las 16:06	NO	NO
33	DISTRIBUIDORA MEDICA REMSA SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 09:59		NO	NO
34	DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI SAS DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 21:42	8 de Noviembre de 2023 a las 22:00	NO	NO
35	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 16:46		NO	NO
36	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 23:49		NO	NO
37	EDIFICADORA DE HOSPITALES ECA S A P I DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 23:18	8 de Noviembre de 2023 a las 23:19	NO	NO
38	ENCORE HEALTH S A P I DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 22:30		NO	NO
39	EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO SA DE CV	16 de Noviembre de 2023 a las 11:36		NO	NO
40	EQUIPAMIENTO Y SOLUCIONES BIOMEDICAS S DE RL DE CV	12 de Noviembre de 2023 a las 17:47		NO	NO
41	EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONALES SA DE CV	21 de Noviembre de 2023 a las 12:32	24 de Noviembre de 2023 a las 17:40	NO	NO
42	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	24 de Noviembre de 2023 a las 10:06	24 de Noviembre de 2023 a las 12:07	NO	NO

43	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	18 de Noviembre de 2023 a las 12:52		NO	NO
44	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 09:22	13 de Noviembre de 2023 a las 15:57	NO	NO
45	EYM SOLUTIONS SA DE CV	15 de Noviembre de 2023 a las 10:09		NO	NO
46	FEHLMEX SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 16:56	8 de Noviembre de 2023 a las 16:56	NO	NO
47	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO S A P I DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 12:18	13 de Noviembre de 2023 a las 09:22	SI	NO
48	FOREFRONT MEDICA MEXICO SA DE CV	16 de Noviembre de 2023 a las 11:25	23 de Noviembre de 2023 a las 18:00	NO	NO
49	FRANCISCO SAMUEL NAVARRETE SALGADO	11 de Noviembre de 2023 a las 12:49	11 de Noviembre de 2023 a las 12:49	NO	NO
50	FUMYCA SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 12:38		NO	NO
51	GABRIELA ROJAS VAZQUEZ	22 de Noviembre de 2023 a las 13:14		NO	NO
52	GENERANDO INNOVACIONES MEDICAS SAEM SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 09:20		NO	NO
53	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 17:27	13 de Noviembre de 2023 a las 10:13	SI	NO
54	GRUPO ABUNDANZAA SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 11:44	8 de Noviembre de 2023 a las 11:45	SI	NO

55	GRUPO DE INGENIERIA METROLOGICA Y ELECTROMECANICA INTEGRAL SA DE	9 de Noviembre de 2023 a las 13:01		NO	NO
56	GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE SA DE CV	15 de Noviembre de 2023 a las 14:22		NO	NO
57	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 10:55	12 de Noviembre de 2023 a las 21:00	NO	NO
58	GRUPO RAVER APLICACIONES SA DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 11:25	9 de Noviembre de 2023 a las 13:07	SI	NO
59	GRUPO REINET SA DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 06:58	9 de Noviembre de 2023 a las 06:58	NO	NO
60	GVICOA SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 10:25	10 de Noviembre de 2023 a las 10:26	NO	NO
61	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	7 de Noviembre de 2023 a las 21:01	7 de Noviembre de 2023 a las 21:01	SI	SI
62	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 16:27	9 de Noviembre de 2023 a las 16:29	NO	NO
63	IDEM MEDICAL SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 15:40	8 de Noviembre de 2023 a las 15:40	NO	NO
64	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	14 de Noviembre de 2023 a las 12:47		NO	NO
65	INDUSTRIAS COBRAMEX SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 10:41		NO	NO
66	INDUSTRIAS DANJUR SA DE CV	14 de Noviembre de 2023 a las 16:44		NO	NO
67	INDUSTRIAS RODA MOBILIARIO SAS DE CV	11 de Noviembre de 2023 a las 09:15		NO	NO

68	INELBIO SA DE CV	13 de Noviembre de 2023 a las 10:12	13 de Noviembre de 2023 a las 10:14	NO	NO
69	INGENIERIA Y SISTEMAS PROFESIONALES KYOL SA DE CV	13 de Noviembre de 2023 a las 14:41		NO	NO
70	INNOVACION TECNOLOGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS SA DE CV	17 de Noviembre de 2023 a las 12:24		NO	NO
71	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 12:29	8 de Noviembre de 2023 a las 12:30	SI	SI
72	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES SA DE CV	12 de Noviembre de 2023 a las 18:39	12 de Noviembre de 2023 a las 18:41	SI	NO
73	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	13 de Noviembre de 2023 a las 08:48	13 de Noviembre de 2023 a las 08:49	SI	SI
74	INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS SA DE CV	24 de Noviembre de 2023 a las 16:59	24 de Noviembre de 2023 a las 17:01	NO	NO
75	INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS PARA LA VIDA SA DE CV	11 de Noviembre de 2023 a las 08:27	13 de Noviembre de 2023 a las 10:36	NO	NO
76	JELIOM SA DE CV	23 de Noviembre de 2023 a las 12:51		NO	NO
77	KOOLFER SA DE CV	21 de Noviembre de 2023 a las 10:12		NO	NO
78	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 13:38	10 de Noviembre de 2023 a las 14:08	NO	NO
79	LUMAFESA S DE RL DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 16:43		NO	NO

80	MAINEQ DE MEXICO SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 15:38	8 de Noviembre de 2023 a las 15:39	NO	NO
81	MARIA DEL CARMEN CRUZ TOLEDO	8 de Noviembre de 2023 a las 18:05	8 de Noviembre de 2023 a las 18:53	NO	NO
82	MED RENT SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 15:35		NO	NO
83	MEDINGENIUM SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 15:16	8 de Noviembre de 2023 a las 15:16	SI	NO
84	MEDIXSA SA DE CV	13 de Noviembre de 2023 a las 08:32	13 de Noviembre de 2023 a las 08:32	SI	NO
85	MEGAMED SA DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 09:53	9 de Noviembre de 2023 a las 09:54	NO	NO
86	MERSY CORP SA DE CV	15 de Noviembre de 2023 a las 16:09		NO	NO
87	MGP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NACIONALES SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 12:14	8 de Noviembre de 2023 a las 12:15	NO	NO
88	MICROSCOPIOS SA DE CV	15 de Noviembre de 2023 a las 10:09		NO	NO
89	MINDRAY MEDICAL MEXICO S DE RL DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 17:52	10 de Noviembre de 2023 a las 17:49	SI	NO
90	NEUROSERVICE INTERNACIONAL SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 11:53		NO	NO
91	NURIMED SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 13:01	10 de Noviembre de 2023 a las 13:03	NO	NO
92	P&D ESPECIALIDADES PARA LA SALUD SA DE CV	20 de Noviembre de 2023 a las 17:54		NO	NO

93	PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV	7 de Noviembre de 2023 a las 19:13		NO	NO
94	PROVEEDORA INTEGRAL DE EMPRESAS SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 18:13	10 de Noviembre de 2023 a las 10:54	SI	SI
95	PROVEEDORA MARCEL INTERNACIONAL SA DE CV	16 de Noviembre de 2023 a las 17:19		NO	NO
96	QUANTUM MEDICAL GROUP SA DE CV	13 de Noviembre de 2023 a las 17:33	13 de Noviembre de 2023 a las 17:36	NO	NO
97	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL RELLO SA DE CV	17 de Noviembre de 2023 a las 16:12		NO	NO
98	ROYAL MANCHURIAN SA DE CV	14 de Noviembre de 2023 a las 11:47		NO	NO
99	RYSE MEDICA SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 13:55	8 de Noviembre de 2023 a las 13:58	SI	NO
100	SAVARE MEDIKA SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 11:17	10 de Noviembre de 2023 a las 11:22	NO	NO
101	SERBINTER DE MEXICO SA DE CV	14 de Noviembre de 2023 a las 11:06	24 de Noviembre de 2023 a las 13:00	NO	SI
102	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	7 de Noviembre de 2023 a las 19:54	7 de Noviembre de 2023 a las 19:55	NO	NO
103	SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 10:44	10 de Noviembre de 2023 a las 10:43	SI	NO

104	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 08:34	10 de Noviembre de 2023 a las 08:34	SI	NO
105	SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS SA DE CV	7 de Noviembre de 2023 a las 18:31		NO	NO
106	SISTEMAS BIOMEDICOS PROFESIONALES SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 14:12		NO	NO
107	SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S DE RL DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 11:46		NO	NO
108	STRYKER MEXICO SA DE CV	22 de Noviembre de 2023 a las 12:41	24 de Noviembre de 2023 a las 11:49	NO	SI
109	SYSMEDBI SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICO-BIOMEDICOS SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 13:25	13 de Noviembre de 2023 a las 11:21	NO	NO
110	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 09:32		NO	NO
111	TAYRE MEDICAL SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 17:49	9 de Noviembre de 2023 a las 12:24	NO	NO
112	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	10 de Noviembre de 2023 a las 17:19	10 de Noviembre de 2023 a las 17:20	SI	NO
113	TECNOLOGIA BIOMEDICA INTEGRAL SA DE CV	14 de Noviembre de 2023 a las 12:55	23 de Noviembre de 2023 a las 22:48	NO	NO
114	TECROM SA DE CV	8 de Noviembre de 2023 a las 09:25	8 de Noviembre de 2023 a las 09:26	SI	NO

115	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 08:46	9 de Noviembre de 2023 a las 08:48	SI	NO
116	VARLIX MEXICO SA DE CV	17 de Noviembre de 2023 a las 17:11		NO	NO
117	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	13 de Noviembre de 2023 a las 23:47	13 de Noviembre de 2023 a las 23:48	NO	NO
118	VECO SA DE CV	9 de Noviembre de 2023 a las 09:32	13 de Noviembre de 2023 a las 08:19	SI	NO
119	VICENTE GERARDO VENEGAS ARELLANO	18 de Noviembre de 2023 a las 13:48	24 de Noviembre de 2023 a las 12:54	NO	NO
120	VITASOF SA DE CV	21 de Noviembre de 2023 a las 15:19		NO	NO
121	VITER MEDICAL SA DE CV	7 de Noviembre de 2023 a las 18:25	7 de Noviembre de 2023 a las 18:26	SI	NO

ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS" (BINARIO)

ANEXO

II

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 80 AÑOS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34597	STRYKER MEXICO SA DE CV	ANEXO II	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PRECISE LA MARCA CON LA QUE DEBERA SER COMPATIBLE LA PARTIDA 104 LAPAROSCOPIO. FAVOR DE ACLARAR.	NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA PUNTUAL A SU CUESTIONAMIENTO, TODA VEZ, QUE EL LICITANTE NO REALIZÓ PREGUNTA ALGUNA REFERENTE A LA REPREGUNTA NÚMERO 34597, TODA VEZ QUE ÚNICAMENTE EXPRESÓ "SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PRECISE LA MARCA CON LA QUE DEBERA SER COMPATIBLE LA PARTIDA 104 LAPAROSCOPIO", POR LO QUE NO ES POSIBLE EMITIR UNA RESPUESTA.
34614	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA 442650	EN RELACIÓN A LA PARTIDA 7, PUNTO 2.2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "DOS (2) TUBOS DE SILICONA, ESTERILIZABLE EN VAPOR CON LONGITUD DE 2 METROS" EN EL ENTENDIDO DE QUE EL MATERIAL OFERTADO PRESENTA CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES SIMILARES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "DOS (2) TUBOS DE SILICONA, ESTERILIZABLE EN VAPOR CON LONGITUD DE 2 METROS", PARA EL NUMERAL "2.2 DOS (2) TUBOS PARA ASPIRACIÓN, DE POLIVINYL O DE LÁTEX, REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON LONGITUD DE 1.3 METROS O MAYOR" DE LA PARTIDA 7 "ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
34615	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA 442654	EN RELACIÓN A LA PARTIDA 10, PUNTO 3.3 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "DOS (2) TUBOS DE SILICONA, ESTERILIZABLE EN VAPOR CON LONGITUD DE 3 METROS" EN EL ENTENDIDO DE QUE EL MATERIAL OFERTADO PRESENTA CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES SIMILARES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERÍSTICATÉCNICA "DOS (2) TUBOS DE SILICONA, ESTERILIZABLE EN VAPOR CON LONGITUD DE 3 METROS", PARA EL NUMERAL "3.3 DOS (2) TUBOS PARA ASPIRACIÓN TRANSPARENTES O DE LÁTEX, CON LONGITUD DE 2.3 METROS O MAYOR" DE LA PARTIDA 10 "EQUIPO PORTÁTIL ASPIRADOR PARA SUCCIÓN RÁPIDA", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34616	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA 442658	EN RELACIÓN A LA PARTIDA 11, PUNTO 3.3 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "DOS (2) TUBOS DE SILICONA, ESTERILIZABLE EN VAPOR CON LONGITUD DE 3 METROS" EN EL ENTENDIDO DE QUE EL MATERIAL OFERTADO PRESENTA CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES SIMILARES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERÍSTICATÉCNICA "DOS (2) TUBOS DE SILICONA, ESTERILIZABLE EN VAPOR CON LONGITUD DE 3 METROS", PARA EL NUMERAL "3.3 DOS (2) TUBOS PARA ASPIRACIÓN TRANSPARENTES O DE LÁTEX, CON LONGITUD DE 2.3 METROS O MAYOR" DE LA PARTIDA 11 "SISTEMA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
34617	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA 442665	EN RELACIÓN A LA PARTIDA 216, PUNTO 1.3.3. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR UNA SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER CON UN RANGO DE 0° A 65°, YA QUE AL OFERTAR ESTE RANGO SE CUMPLE CON EL MOVIMIENTO TERAPÉUTICO SOLICITADO Y ESTO NO AFECTA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ESTO SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SE RECTIFICA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NÚMERO 442665, POR LO QUE SE ACEPTA QUE OFERTE PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER CON UN RANGO DE 0° A 65°" PARA EL NUMERAL "1.3.3 SECCION DE ESPALDA O FOWLER, CON SISTEMA NEUMATICO QUE CUBRA EL RANGO DE 0° A 70° O MAYOR" DE LA PARTIDA 216 CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34618	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA 442666	EN RELACIÓN A LA PARTIDA 216, PUNTO 1.7.2. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR UNA ALTURA DE BARANDILLAS DE 32 CM, YA QUE ESTO NO AFECTA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CON LOS QUE SE FABRICÓ EL EQUIPO. ESTO SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LA PREGUNTA 442666 HACE REFERENCIA AL NUMERAL 1.7.3 "CON DISTANCIA ENTRE CADA POSTE O TRAVESAÑO DEL BARANDAL O BARANDILLA DE 12 CM. COMO MÁXIMO", LA PREGUNTA ACTUAL NÚMERO 34618 HACE REFERENCIA AL NUMERAL 1.7.2 "ALTURA A PARTIR DE LA PLATAFORMA DE 33 A 40 CM, CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10%" AMBOS DE LA PARTIDA NÚMERO 216 CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES. CON RESPECTO A LA PREGUNTA NÚMERO 34618, QUE OFERTE PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "ALTURA DE BARANDILLAS DE 32 CM" SIEMPRE Y CUANDO LA ALTURA DE LAS BARANDILLAS SEA A PARTIR DE LA PLATAFORMA DE LA CAMILLA OFERTADA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
34619	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	ID DE LA PREGUNTA 442667	EN RELACIÓN A LA PARTIDA 216, PUNTO 1.7.3 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR UNA DISTANCIA ENTRE POSTES O TRAVESAÑOS DE BARANDILLA DE 31 CM RESPECTO A LA VERTICAL CON LA BARANDILLA ACTIVADA, YA QUE ESTO NO AFECTA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL EQUIPO. ESTO SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD SE REITERA A LA LICITANTE QUE NO SE ACEPTA OFERTAR "UNA DISTANCIA ENTRE POSTES O TRAVESAÑOS DE BARANDILLA DE 31 CM", PARA EL NUMERAL 1.7.3 "CON DISTANCIA ENTRE CADA POSTE O TRAVESAÑO DEL BARANDAL O BARANDILLA DE 12 CM, COMO MÁXIMO.", FAVOR DE ATENDER LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34620	SERBINTER DE MEXICO SA DE CV	TECNICA, PARTIDA 25	DE ACUERDO AL PUNTO 1.1.1.8 VENTILACIÓN DE 200 CFM O MAYOR, ACTUALEMNTE LAS CABINAS SONOAMORTIGUADAS , YA NO EMPLEAN ESE TIPO DE TECNOLOGIA, POR LO TANTO SE LE SOLICITA AMABLEMENTE AL ACONVOCANTE DE MANERA OPCIONAL, LA VENTILACION LIBRE POR LABERINTO, DEBIO A QUE ES LO QUE SE EMPELA EN LA ACTUALIDAD	CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 46 FRACCION II, PARRAFO SEGUNDO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, ESTA CONVOCANTE NO EMITE CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA CON ID 34620 EN VIRTUD DE QUE DICHA PREGUNTA NO ESTA VINCULADA O RELACIONADA CON LAS RESPUESTAS DE ORIGEN.
34621	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	ID444067	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ID444067 DE MI REPRESENTADA, SOBRE EL PUNTO 1.1 DE LA PARTIDA 70, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONCOVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRINCIPIO POR VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA COMO OPCIÓN A LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LAOS DEMÁS PARTICPANTE HACERLO DE ESTA MANERA, TODA VEZ, QUE LA EL ALTA FRECUENCIA SE OBTIENEN ALTOS NIVELES DE LIMPIEZA, YA QUE DESNATURALIZA LA MEMBRANA PROTEICA DE LAS CÉLULAS DE LOS MICROORGANISMOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE OFERTE PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA" REFERENTE A PARA EL NUMERAL "1.1 LAVADORA CON SISTEMA AUTOMÁTICO PROGRAMABLE PARA EL CICLO DE LAVADO Y DESCONTAMINACIÓN CON VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA, PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y OTROS DISPOSITIVOS" DE LA PARTIDA 70 LAVADORA DESCONTAMINADORA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO DICHO EQUIPO CUENTE CON UN SISTEMA AUTOMÁTICO PROGRAMABLE PARA EL CICLO DE LAVADO Y DESCONTAMINACIÓN. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34622	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	ID444069	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ID444069 DE MI REPRESENTADA, SOBRE EL PUNTO 1.13.3 DE LA PARTIDA 72, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN GENERADOR DE VAPOR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES, QUE TRAERÍA COMO AHORRO AL INSTITUTO, EL AHORRO POR INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO UNA LINEA DE VAPOR DESDE LA CALDERA, HASTA EL SEPTICO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "UN GENERADOR DE VAPOR", COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.13.3 PRESIÓN DE 1 A 1.5 KG/CM2 CONSTANTE DE OPERACIÓN A UNA TEMPERATURA DE 100°C" DE LA PARTIDA 72 "LAVADOR DESINFECTOR DE CÓMODOS DE VAPOR DIRECTO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
34623	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	ID444117	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ID444117 DE MI REPRESENTADA, SOBRE EL PUNTO 1.11 DE LA PARTIDA 99, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON MEDIDAS: ANCHO 71X FONDO 78.5X ALTO 190 EN CMS. SIN QUE SEA OBLGIATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "UN EQUIPO CON MEDIDAS: ANCHO 71X FONDO 78.5X ALTO 190 EN CMS", PARA EL NUMERAL "1.11 DIMENSIONES: 220 CM DE ALTURA, 120 CM DE ANCHO Y 52 CM DE PROFUNDIDAD CON +/- 10% DE TOLERANCIA EN LAS TRES MEDIDAS" DE LA PARTIDA 99 "UNIDAD DE SECADO PARA EQUIPO DE INHALOTERAPIA", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
34633	SERBINTER DE MEXICO SA DE CV	PARTIDA 12 TIMPANOMETRO	PUNTO 1.1.5 ESTE PUNTO ES UNA CARACTERÍSTICA DE TIMPANOMETRO CLINICO, POR LO TANTO SE LE SOLICITA AMABLEMENTE ALA CONVOCANTE QUE SEA OPCIONAL, PARA PERMITIR LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE PARTICIPANTES, DE IGUAL MANERA EL COTIZAR UN EQUIPO CON DICHA CARACTERÍSTICA ELEVA UN 50% EL PRECIO DEL EQUIPO	CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 46 FRACCION II, PARRAFO SEGUNDO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, ESTA CONVOCANTE NO EMITE CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA CON ID 34633 EN VIRTUD DE QUE DICHA PREGUNTA NO ESTA VINCULADA O RELACIONADA CON LAS RESPUESTAS DE ORIGEN.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34634	PROVEEDORA INTEGRAL DE EMPRESAS SA DE CV	ID 442335	EN BASE A LA RESPUESTA CON ID 442335 SOLICITAMOS CORDIALMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN LENSÓMETRO DIGITAL QUE APARTE DE HACER MEDICIONES MANUALES HAGA EN AUTOMÁTICO. COMO CONTAR CON UNA PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 7 PULGADAS DE DIMENSIÓN EN VEZ DE UN OCULAR CON LECTOR DE ENFOQUE, MOSTRANDO LO QUE NORMALMENTE APARECERÍA EN EL OCULAR EN LA PANTALLA TÁCTIL A COLOR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA PARTIDA 74 "UN LENSOMETRO DIGITAL QUE APARTE DE HACER MEDICIONES MANUALES HAGA EN AUTOMATICO. COMO CONTAR CON UNA PANTALLA TACTIL A COLOR DE 7 PULGADAS DE DIMENSION EN VEZ DE UN OCULAR CON LECTOR DE ENFOQUE, MOSTRANDO LO QUE NORMALMENTE APARECERIA EN EL OCULAR EN LA PANTALLA TACTIL A COLOR ", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓNDE ARTICULO.
34640	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	DE LA PREGUNTA ID NO. 443971 DE CORPORATIVO MS SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ACORDE A NUESTRA TECNOLOGÍA FISHER & PAYKEL QUE CUENTA CON CAMBIOS DE TEMPERATURA EN LA SALIDA DEL HUMIDIFICADOR Y SALIDA DE LA VÍA AÉREA EN MODO INVASIVO Y MODO NO INVASIVO, DEPENDIENDO DE LO SELECCIONADO A LAS NECESIDADES DEL USUARIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "ACORDE A NUESTRA TECNOLOGÍA FISHER & PAYKEL QUE CUENTA CON CAMBIOS DE TEMPERATURA EN LA SALIDA DEL HUMIDIFICADOR Y SALIDA DE LA VÍA AÉREA EN MODO INVASIVO Y MODO NO INVASIVO", PARA EL NUMERAL "1.5 TEMPERATURA GRADUABLE" DE LA PARTIDA 60 "HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO DE CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRÓNICO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34641	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	DE LA PREGUNTA ID NO. 444039 DE CORPORATIVO MS SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ACORDE A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, NUESTRA TECNOLOGÍA MARCA FISHER & PAYKEL, CONSISTE EN UNA INTERFAZ (TUBO) QUE SE CONECTA DE MANERA DIRECTA A LA INTERFAZ NASAL PARA SU SUJECCIÓN CON EL PACIENTE Y CONEXIÓN CON EL CIRCUITO, ASI MISMO, CUENTA CON SUJECCIÓN CON UN BONETE CON BROCHE VELCRO, CON LO QUE FACILITAN VARIAS POSICIONES DE CUIDADO, INCLUIDO EL DECÚBITO PRONO Y SUPINO, POR LO QUE NO SE REQUIERE DE CODOS PARA CONEXIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "ACORDE A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, NUESTRA TECNOLOGÍA MARCA FISHER & PAYKEL, CONSISTE EN UNA INTERFAZ (TUBO) QUE SE CONECTA DE MANERA DIRECTA A LA INTERFAZ NASAL PARA SU SUJECCIÓN CON EL PACIENTE Y CONEXIÓN CON EL CIRCUITO", PARA EL NUMERAL "3.1.2 VEINTE (20) PIEZAS DE CODOS PARA CONEXIÓN (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATÁLOGO" DE LA PARTIDA 60 "HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO DE CALOR-HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRÓNICO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
34642	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	DE LA PREGUNTA ID NO. 444045 DE CORPORATIVO MS SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 4,000 K, O SUPERIOR, SIENDO ESTÁ UNA TEMPERATURA NEUTRA, IDEAL PARA ENTORNOS HOSPITALARIOS, TENIENDO ASÍ UN MEJOR INDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE REITERA LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 444045, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓNSOLICITADA EN EL NUMERAL: 1.2,2 "TEMPERATURA DE COLOR ENTRE 5,000 GRADOS KELVIN Y 6,500 GRADOS KELVIN ", PARA LA PARTIDA 65 LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED. LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCIÓNDE ARTICULO.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34643	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	DE LA PREGUNTA ID NO. 444047 DE CORPORATIVO MS SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR UN BRAZO DOBLE MÓVIL FLEXIBLE CON LONGITUD TOTAL DE 107 CM, CUMPLIENDO ASÍ CON LA CONDICIÓN DE MOVIMIENTO Y DE LONGITUD SOLICITADA EN LAS ESPECIFICACIONES, ESTANDO POR ARRIBA DE LOS LÍMITES ESPECIFICADOS Y SIENDO ASÍ UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA PARTIDA 65 LAMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED, "BRAZO DOBLE MÓVIL FLEXIBLE CON LONGITUD TOTAL DE 107 CM", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓNDE ARTICULO.
34646	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	442709	ENTENDEMOS QUE POR CERTIFICADO DE CALIDAD ES EL QUE EMITE EL FABRICANTE DE LOS BIENES, EN EL CUAL SEÑALA EL PAIS DE ORIGEN DE LOS MISMOS, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS FABRICANTES DE LOS BIENES NO EMITEN CERTIFICADOS DE CALIDAD. EL CERTIFICADO DE CALIDAD SOLICITADO ES CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES: ISO-9001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y/O ISO-13485:2016 PRODUCTOS SANITARIOS GESTIÓN DE LA CALIDAD Y/O NORMA INDUSTRIAL DE JAPÓN (JIS) Y/O PROGRAMA DE AUDITORÍA ÚNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (MDSAP), Y/O REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTO SANITARIO MDR 2017-745, DEBIENDO ESTAR VIGENTE(S) AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA TÉCNICA Y DEBERÁN ESTAR A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LOS BIENES. EL ALCANCE DEBERÁ AMPARAR LA FABRICACIÓN DE BIENES DE IGUALES O SIMILARES CARACTERÍSTICAS A LOS SOLICITADOS EN LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES, DICHO CERTIFICADO DEBERÁ AMPARAR TODOS LOS ACCESORIOS DEL O LOS BIENES QUE SEAN DE LA MISMA MARCA Y OFERTADOS POR EL LICITANTE. EN CASO DE PRESENTAR ACCESORIOS DE DIFERENTE MARCA DEL EQUIPO PRINCIPAL, DEBERÁ DE ENTREGAR COPIA SIMPLE DE CUALQUIERA DE LOS CERTIFICADOS ANTES MENCIONADOS, EL O LOS CUALES DEBERÁN ESTAR VIGENTES AL MOMENTO DE PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA, ESTAR A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL O LOS ACCESORIOS Y EL ALCANCE DEBERÁ AMPARAR LA FABRICACIÓN DE ESTOS.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34647	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	442711	ENTEDEMOS QUE AL PRESENTAR AL MENOS 1 CERTIFICADO DE CALIDAD, ESTÉ DEBERA SER EL EMITIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL DE ACUERDO AL PAIS DE ORIGEN ES EL CE PARA LA COMUNIDAD EUROPEA, FDA PARA ESTADOS UNIDOS Y JIS PARA JAPÓN, YA QUE EL CERTIFCADO ISO 13485 E ISO 9001-2015 SON CERTIFICADOS INTERNACIONALES QUE AVALAN LA GESTION DE LA CALIDAD DE LAS EMPRESAS MAS NO LA CALIDAD DE LOS BIENES, ES CORECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS FABRICANTES DE LOS BIENES NO EMITEN CERTIFICADOS DE CALIDAD. EL CERTIFICADO DE CALIDAD SOLICITADO ES CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES: ISO-9001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y/O ISO-13485:2016 PRODUCTOS SANITARIOS GESTIÓN DE LA CALIDAD Y/O NORMA INDUSTRIAL DE JAPÓN (JIS) Y/O PROGRAMA DE AUDITORÍA ÚNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (MDSAP), Y/O REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTO SANITARIO MDR 2017-745, DEBIENDO ESTAR VIGENTE(S) AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA TÉCNICA Y DEBERÁN ESTAR A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LOS BIENES. EL ALCANCE DEBERÁ AMPARAR LA FABRICACIÓN DE BIENES DE IGUALES O SIMILARES CARACTERÍSTICAS A LOS SOLICITADOS EN LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES, DICHO CERTIFICADO DEBERÁ AMPARAR TODOS LOS ACCESORIOS DEL O LOS BIENES QUE SEAN DE LA MISMA MARCA Y OFERTADOS POR EL LICITANTE. EN CASO DE PRESENTAR ACCESORIOS DE DIFERENTE MARCA DEL EQUIPO PRINCIPAL, DEBERÁ DE ENTREGAR COPIA SIMPLE DE CUALQUIERA DE LOS CERTIFICADOS ANTES MENCIONADOS, EL O LOS CUALES DEBERÁN ESTAR VIGENTES AL MOMENTO DE PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA, ESTAR A NOMBRE DEL FABRICANTE DEL O LOS ACCESORIOS Y EL ALCANCE DEBERÁ AMPARAR LA FABRICACIÓN DE ESTOS.
34648	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	442700	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE MEDIDA DE MAGNIFICACIÓN DE 3.5X, 4.0X Ó 5X PARA LAS LUPAS	SE ESPECIFICA AL LICITANTE QUE LA MEDIDA DE MAGNIFICACIÓN QUE SE SOLICITA PARA LA PARTIDA 77 LUPAS , ES 3.5X PARA CONSEGUIR UNA VISION CLARA AL ENFOCAR LA IMAGEN.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34650	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	443148 HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV PARTIDA 36	A TECNOLOGÍA A OFERTAR CONSIDERA EL DESPLIEGUE NUMÉRICO DE DE FRECUENCIA CARDIACA FETAL ASÍ COMO LOS PARÁMETROS DE TOCO SE DESPLIEGAN EN PANTALLA, PERMITIENDO UNA RÁPIDA VISUALIZACIÓN POR PARTE DE USUARIO, SUMADO A LO ANTERIOR SE REGISTRA EN PAPEL LA ACTIVIDAD CON FECHA Y HORA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. SE REITERA, FAVOR DE ATENDER LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.2.5 "DESPLIEGUE EN PANTALLA Y REGISTRO EN PAPEL DE LA ACTIVIDAD UTERINA CON FECHA Y HORA." DE LA "CEDULA DE DESCRIPCIÓNDE ARTICULO" PARA LA PARTIDA 36 "CARDIOTOCOGRAFO". ESTO EN VIRTUD DE QUE, LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ES UN EQUIPO QUE CUENTE CON EL "DESPLIEGUE NUMERICO DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL EN EL RANGO DE 30 A 240 LATIDOS POR MINUTO O MAYOR", "DESPLIEGUE EN PANTALLA DE LA ACTIVIDAD UTERINA CON FECHA Y HORA", Y CON DESLIEGUE EN PANTALLA DE LA DETECCION DEL MOVIMIENTO FETAL EN FORMA MANUAL Y AUTOMATICA CON FECHA Y HORA, CON LA IMPRESION DE LA ACTIVIDAD UTERINA (TOCO) Y DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL. LO REQUERIDO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTANDO UN EQUIPO ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCIÓNDE ARTICULO". PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34651	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	443149 HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV PARTIDA 36	LA TECNOLOGÍA A OFERTAR CONSIDERA EL DESPLIEGUE DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO FETAL ACTIVADO EN PANTALLA ASÍ COMO LA CAPACIDAD DE INDICAR MOVIMIENTO FETAL DE MANERA MANUAL Y AUTOMÁTICA CON FECHA Y HORA, ¿ SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. SE REITERA, FAVOR DE ATENDER LA DESCRIPCIÓNSOLICITADA EN EL NUMERAL 1.2.6 "DESPLIEGUE EN PANTALLA Y REGISTRO EN PAPEL DE LA DETECCIÓN DEL MOVIMIENTO FETAL EN FORMA MANUAL Y AUTOMÁTICA CON FECHA Y HORA" DE LA "CEDULA DE DESCRIPCIÓNDE ARTICULO" PARA LA PARTIDA 36 "CARDIOTOCOGRAFO". ESTO EN VIRTUD DE QUE, LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ES UN EQUIPO QUE CUENTE CON EL "DESPLIEGUE NUMERICO DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL EN EL RANGO DE 30 A 240 LATIDOS POR MINUTO O MAYOR", "DESPLIEGUE EN PANTALLA DE LA ACTIVIDAD UTERINA CON FECHA Y HORA", Y CON DESLIEGUE EN PANTALLA DE LA DETECCION DEL MOVIMIENTO FETAL EN FORMA MANUAL Y AUTOMATICA CON FECHA Y HORA, CON LA IMPRESION DE LA ACTIVIDAD UTERINA (TOCO) Y DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL. LO REQUERIDO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DESCRITO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN INTEGRAR SU OFERTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTANDO UN EQUIPO ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCIÓNDE ARTICULO". PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES.
34652	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	REFERENTE A LA PREGUNTA: 443925	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE RETRACCIÓN DE 40 µM EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EQUIPO LAS 40 µM ES SUFICIENTE PARA MANTENER LA SEGURIDAD DEL USUARIO Y DE LA MUESTRA. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓNSOLICITADA EN EL NUMERAL 1.3 "RETRACCIÓN DE 100 MICRAS DURANTE EL ASCENSO", REFERENTE A LA PARTIDA 134 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCIÓNDE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34654	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 444154 Y 444155 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	DE ACUERDO A LAS RESPUESTAS DE ESTAS DOS PREGUNTAS, REQUIEREN DE UN CABEZAL CON AL MENOS LA CABECERA GIRATORIA EN FORMA DE HERRADURA RADIOLÚCIDA, LO CUAL NO ES POSIBLE CONFIGURAR CON TODAS LAS DEMÁS PIEZAS QUE CONFORMAN EL CABEZAL TIPO MAYFIELD EN ACERO INOXIDABLE, EL OFERTAR TODO EL POSICIONADOR EN MATERIAL RADIOLÚCIDO ENCARECERÁ EL BIEN, POR LO ANTERIOR PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITAN OFERTAR CABEZA GIRATORIA EN FORMA DE HERRADURA EN ACERO INOXIDABLE.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD SE REITERA A LA LICITANTE QUE LO REQUERIDO PARA LA PARTIDA NÚMERO 24 CABEZAL TIPO MAYFIELD ADULTO, ES QUE LA CABECERA GIRATORIA EN FORMA DE HERRADURA TIPO MAYFIELD AJUSTABLE SEA RADIOLÚCIDA O RADIOTRANSPARENTE, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR UN BIEN QUE ATIENDA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
34655	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 444154 Y 444155 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, DEBEMOS ENTENDER QUE EL BIEN QUE REQUIEREN ES EL CABEZAL TIPO MAYFIELD ADULTO RADIOLÚCIDO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA CABECERA GIRATORIA EN FORMA DE HERRADURA TIPO MAYFIELD AJUSTABLE DEBE SER RADIOLÚCIDA O RADIOTRANSPARENTE.
34656	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 444160 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA, Y NOS PERMITA OFERTAR UNA LÁMPARA CON TEMPERATURA DE COLOR FIJA DE 5900K CON LO QUE SE TENDRÁ UNA BUENA VISIBILIDAD DE LOS TEJIDOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE REITERA LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 444160, TODA VEZ QUE SE REQUIERE UNA TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE EN EL RANGO DE 4,500 GRADOS KELVIN O MENOR A 5,000 GRADOS KELVIN O MAYOR. POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS CEDULAS DE DESCRIPCIÓNDE ARTICULO.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34657	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 444161 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA, Y NOS PERMITA OFERTAR MESA DIVIDIDA EN CUATRO SECCIONES, LO CUAL NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MESA, YA QUE SE PUEDE POSICIONAR AL PACIENTE DE MANERA FÁCIL Y SEGURA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. SE REITERA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 444161 TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO PARA LA PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN EL NUMERAL 1.10 ES UNA "MESA DIVIDIDA EN AL MENOS CINCO CINCO SECCIONES" ACORDE A LO DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO", POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
34658	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 444163 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MESA QUE CUENTE CON UN SISTEMA PARA COLOCAR AL PACIENTE EN POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA, SIN QUE LA SECCIÓN DE ESPALDA ESTE DIVIDIDA EN DOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA OFERTAR " MESA QUE CUENTE CON UN SISTEMA PARA COLOCAR AL PACIENTE EN POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA, SIN QUE LA SECCIÓN DE ESPALDA ESTE DIVIDIDA EN DOS", SE REITERA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 444163 TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO PARA LA PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN EL NUMERAL 1.10 ES UNA "MESA DIVIDIDA EN AL MENOS CINCO CINCO SECCIONES" Y 1.10.3 "CON ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑON CON SISTEMA ARTICULAR PARA DAR LA POSICION DE NEFRECTOMÍA" ACORDE A LO DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO", POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34659	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 444164 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ACCESORIO QUE COLOQUE AL PACIENTE EN POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA OFERTAR "ACCESORIO QUE COLOQUE AL PACIENTE EN POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA", SE REITERA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 444164 TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO PARA LA PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN EL NUMERAL 1.10 ES UNA "MESA DIVIDIDA EN AL MENOS CINCO CINCO SECCIONES" Y 1.10.3 "CON ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑON CON SISTEMA ARTICULAR PARA DAR LA POSICION DE NEFRECTOMÍA" ACORDE A LO DESCRITO EN LA CORRESPONDIENTE "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO", POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
34660	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 444165 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	EN CASO DE QUE NOS PERMITAN OFERTAR ESTE PUNTO CON UN ACCESORIO, DEBEMOS ENTENDER QUE EL PUNTO 1.10 DEBE DECIR MESA DIVIDIDA EN AL MENOS CUATRO SECCIONES. ¿ES CORRECTA NUESTRA SOLICITUD?	NO ES CORRECTA SU SOLICITUD. LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO PARA LA PARTIDA 219 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) EN EL NUMERAL 1.10 ES UNA "MESA DIVIDIDA EN AL MENOS CINCO CINCO SECCIONES". FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIÓNSOLICITADA EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO PARA EL NUMERAL 1.10 DE LA PARTIDA 219 YA REFERIDA.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34661	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 444100 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TOLERANCIA DE +10 CM, PUDIENDO OFERTAR UNA LONGITUD TOTAL DE 150 CM, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA QUE OFERTE PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "TOLERANCIA DE +10 CM, PUDIENDO OFERTAR UNA LONGITUD TOTAL DE 150 CM" REFERENTE AL NUMERAL "1.7.1 LONGITUD TOTAL EN EL RANGO DE 137 A 143 CM Y PROVISTA DE TOPES PARA AMORTIGUAR EL DESLIZAMIENTO DE LOS BARANDALES" DE LA PARTIDA 216 CAMILLA NEUMÁTICA HIDRÁULICA CON AJUSTE DE DIFERENTES POSICIONES, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO DICHO EQUIPO CUENTE TOPES PARA AMORTIGUAR EL DESLIZAMIENTO DE LOS BARANDALES. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
34662	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 444102 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CAMILLA CON BARANDAS FIJAS AL MARCO A TRAVÉS DE TORNILLOS, PERO SE PUEDEN DESMONTAR CON HERRAMIENTA DE MANO, ASÍ MISMO SON ABATIBLES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA QUE OFERTE PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "BARANDAS FIJAS AL MARCO A TRAVÉS DE TORNILLOS, PERO SE PUEDEN DESMONTAR CON HERRAMIENTA DE MANO, ASÍ MISMO SON ABATIBLES" REFERENTE AL NUMERAL "1.8 BARANDALES LATERALES, ABATIBLES (NO DESMONTABLES)" DE LA PARTIDA 217 CAMILLA MOVIL PARA TRASLADO DE PACIENTES, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE Y CUANDO DICHO EQUIPO CUENTE TOPES PARA AMORTIGUAR EL DESLIZAMIENTO DE LOS BARANDALES. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34663	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 444103 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TOLERANCIA DE -10 PARA ALTURA A PARTIR DE LA PLATAFORMA, SIENDO 28 CM LO OFERTADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD TODA VEZ QUE LO REQUERIDO POR EL INSTITUTO ES UNA CAMILLA QUE TENGA UNA ALTURA DESDE LA PLATAFORMA DE 38 A 42 CM, REFERENTE AL NUMERAL 1.8.1.2 "ALTURA A PARTIR DE LA PLATAFORMA DE: 38 A 42 CM", PARA LA PARTIDA: 217 "CAMILLA MOVIL PARA TRASLADO DE PACIENTES" FAVOR DE ATENDER LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
34664	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 444104 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISTANCIA ENTRE CADA POSTE O TRAVESAÑO DEL BARANDAL DE 30 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. SE REITERA A LA LICITANTE QUE NO SE ACEPTA OFERTAR "UNA DISTANCIA ENTRE POSTES O TRAVESAÑOS DE BARANDILLA DE 30 CM", PARA EL NUMERAL 1.8.2.1 "CON DIVISIONES DE 12 CM.", PARA LA PARTIDA 217 CAMILLA MOVIL PARA TRASLADO DE PACIENTES. FAVOR DE ATENDER LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34665	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 444183 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PRESION MINIMA DE 60 MMHG ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "UNA PRESION MINIMA DE 60 MMHG", PARA EL NUMERAL "1.2.4.1 MÍNIMO: 2 INHG O 50 MMHG O MENOR.", DE LA PARTIDA 8 "ASPIRADOR ULTRASÓNICO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
34666	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 444184 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA IRRIGACION DE 2 A 20CC /MIN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "UNA IRRIGACION DE 2 A 20CC /MIN", PARA EL NUMERAL "1.2.5 SISTEMA DE IRRRIGACIÓN COAXIAL CON RANGO DE 1 CC/MINUTO A 30 CC/MINUTO O MAYOR", DE LA PARTIDA 8 "ASPIRADOR ULTRASÓNICO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34667	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 444186 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS DE UNA TOLERANCIA DE LAS LONGITUDES SOLICITADAS DE LAS PUNTAS LAS CUALES SON DE 100MM Y 200MM, UNA TOLERANCIA DE +/- 20MM ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "UNA TOLERANCIA DE LAS LONGITUDES SOLICITADAS DE LAS PUNTAS LAS CUALES SON DE 100MM Y 200MM, UNA TOLERANCIA DE +/- 20MM", PARA EL NUMERAL "2.1.1.1 DE 23 KHZ O 25 KHZ, O DE 34 KHZ A 36 KHZ. UNA (1) CON LONGITUD DE 100 MM O MAYOR Y UNA (1) CON LONGITUD DE 200 MM O MAYOR (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO)", DE LA PARTIDA 8 "ASPIRADOR ULTRASÓNICO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
34668	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 444188 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS DE UNA TOLERANCIA DE LAS LONGITUDES SOLICITADAS DE LAS PUNTAS LAS CUALES SON DE 100MM Y 200MM, UNA TOLERANCIA DE +/- 20MM ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA"UNA TOLERANCIA DE LAS LONGITUDES SOLICITADAS DE LAS PUNTAS LAS CUALES SON DE 100MM Y 200MM, UNA TOLERANCIA DE +/- 20MM", PARA EL NUMERAL "2.1.2.1 DE 23 KHZ A 25 KHZ, O DE 34 KHZ A 36 KHZ. CON LONGITUD DE 200 MM O MAYOR (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO)", DE LA PARTIDA 8 "ASPIRADOR ULTRASÓNICO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34676	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	PREGUNTA ID N° 443990, REALIZADA POR LA EMPRESA INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS CEO S. DE R.L. DE C.V.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA INCUBADORA CON ANCHO EXTERIOR DE 91 CM ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL 1.1 "ESTUFA BACTERIOLÓGICA DE 75 CM". PARA LA PARTIDA 125 ESTUFA BACTERIOLÓGICA DE 75 CM CON DOBLE PUERTA, LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "INCUBADORA DE 91 CM DE ANCHO EXTERIOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓNDE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA
34677	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	PREGUNTA ID N° 443991, REALIZADA POR LA EMPRESA INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS CEO S. DE R.L. DE C.V.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA INCUBADORA CON REGULACIÓN POR MICROPROCESADOR Y CONTROL POR PANTALLA TÁCTIL CON TECNOLOGÍA TFT, PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE + 5 ° HASTA 80 ° C, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL 1.3 "TERMOSTATO PARA REGULACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 65°C". PARA LA PARTIDA 125 ESTUFA BACTERIOLÓGICA DE 75 CM CON DOBLE PUERTA, LA CARACTERÍSTICA TECNICA "REGULACIÓN POR MICROPROCESADOR Y CONTROL POR PANTALLA TÁCTIL CON TECNOLOGÍA TFT, PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE + 5° HASTA 80 ° C", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓNDE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34678	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	PREGUNTA ID N° 443992, REALIZADA POR LA EMPRESA INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS CEO S. DE R.L. DE C.V.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA INCUBADORA CON PANTALLA TÁCTIL TFT DE 4.3 PULGADAS CON GRÁFICO DE TEMPERATURA-TIEMPO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL: 1.4 "ESCALA DE TEMPERATURA CON DIVISIONES DE 1°C", PARA LA PARTIDA 125 ESTUFA BACTERIOLÓGICA DE 75 CM CON DOBLE PUERTA, LA CARACTERÍSTICA: "PANTALLA TÁCTIL TFT DE 4.3 PULGADAS CON GRÁFICO DE TEMPERATURA- TIEMPO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBEPA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓNDE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
34679	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	PREGUNTA ID N° 443993, REALIZADA POR LA EMPRESA INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS CEO S. DE R.L. DE C.V.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA RECONSIDEREN LA RESPUESTA OTORGADA, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTE ALGUNA NORMATIVA NACIONAL O INTERNACIONAL QUE DICTE LAS DIMENSIONES QUE DEBEN DE TENER LAS INCUBADORAS Y CONSIDERANDO QUE SI SE CUBICA LAS DIMENSIONES SOLICITADAS "60 X 65 X 40 CM", OBTENEMOS UNA CAPACIDAD DE 156 LITROS, Y LAS QUE NOSOTROS OFRECEMOS SON DE "50 X 60 X 50 CM" LO QUE NOS DA 150 LITROS, CON ESTO VEMOS QUE LA DIFERENCIA ES MÍNIMA ENTRE LA SOLICITADA Y LA QUE PRETENDEMOS OFERTAR, POR LO CUAL SOLICITAMOS NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA INCUBADORA CON DIMENSIONES DE LA CÁMARA DE 50 X 60 X 50 CM ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA OFERTAR COMO OPCION PARA EL NUMERAL: 1.6 "CÁMARA CON DIMENSIONES DE 60 X 65 X 40 CM". PARA LA PARTIDA 125 ESTUFA BACTERIOLÓGICA DE 75 CM CON DOBLE PUERTA, LA CARACTERÍSTICA: "CÁMARA CON DIMENSIONES DE 50 X 60 X 50", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERÍSTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCIÓNDE ARTICULO. ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34680	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	PREGUNTA ID N° 443993, REALIZADA POR LA EMPRESA INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS CEO S. DE R.L. DE C.V.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA INCUBADORA CON DIMENSIONES	NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA PUNTUAL A SU CUESTIONAMIENTO, TODA VEZ, QUE EL LICITANTE NO REALIZÓ PREGUNTA ALGUNA REFERENTE A LA REPREGUNTA NÚMERO 34680, TODA VEZ QUE ÚNICAMENTE EXPRESÓ "SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA INCUBADORA CON DIMENSIONES", POR LO QUE NO ES POSIBLE EMITIR UNA RESPUESTA.
34681	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	PREGUNTA ID N° 443976, REALIZADA POR LA EMPRESA INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS CEO S. DE R.L. DE C.V.	SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR BARANDALES PLEGABLES CON LONGITUD TOTAL DE 142.5 CM Y PROVISTA DE TOPES PARA AMORTIGUAR EL DESLIZAMIENTO DE LOS BARANDALES, ALTURA A PARTIR DE LA PLATAFORMA DE: 37.5 CM, CON CON DISTANCIA ENTRE CADA POSTE O TRAVESAÑO DEL BARANDAL O BARANDILLA DE 23.5 CM LO CUAL EVITA ATRAPAMIENTOS ACCIDENTALES, CON SEGURO DE BLOQUEO OCULTO QUE PERMITE LA POSICION HORIZONTAL, SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LA PREGUNTA NÚMERO 443976 HACE REFERENCIA AL NUMERAL 1.7.3 "CON DISTANCIA ENTRE CADA POSTE O TRAVESAÑO DEL BARANDAL O BARANDILLA DE 12 CM, COMO MÁXIMO." DE LA PARTIDA 216 CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES. SI SU PREGUNTA HACE REFERENCIA AL NUMERAL 1.7.1 "LONGITUD TOTAL EN EL RANGO DE 137 A 143 Y PROVISTA DE TOPES PARA AMORTIGUAR EL DESLIZAMIENTO DE LOS BARANDALES", 1.7.2 "ALTURA A PARTIR DE LA PLATAFORMA DE: 33 A 40 CM, CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10%" Y 1.7.3 "CON DISTANCIA ENTRE CADA POSTE O TRAVESAÑO DEL BARANDAL O BARANDILLA DE 12 CM COMO MÁXIMO", SE ACEPTA QUE OFERTE PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "BARANDALES PLEGABLES CON LONGITUD TOTAL DE 142.5 CM Y PROVISTA DE TOPES PARA AMORTIGUAR EL DESLIZAMIENTO DE LOS BARANDALES" Y LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "ALTURA A PARTIR DE LA PLATAFORMA DE: 37.5 CM", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHAS CARACTERÍSTICAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". NO SE ACEPTA OFERTAR "CAMILLA CON DISTANCIA ENTRE CADA POSTE O TRAVESAÑO DEL BARANDAL O BARANDILLA DE 23.5 CM", SE DEBERÁ OFERTAR UNA CAMILLA QUE CUMPLA LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 1.7.3 YA REFERIDO.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34682	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	PREGUNTA ID N° 443977, REALIZADA POR LA EMPRESA INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS CEO S. DE R.L. DE C.V.	SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR LONGITUD TOTAL CON EXTENSION DE CABECERA Y PIERNAS DE 208.6 CM TODA VEZ QUE EL DISPOSITIVO DE EXTENSION PARA ORTOPEDIA INCLUIRA BARRAS DE EXTENSION TELESCOPICA O ABDUCCION CON 820 MM DE LONGITUD ADICIONALES PARA CIRUGIA, SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "LONGITUD TOTAL CON EXTENSION DE CABECERA Y PIERNAS DE 208.6 CM" PARA EL NUMERAL 1.5 " LONGITUD TOTAL CON EXTENSION DE CABECERA Y PIERNAS DE 210 CM + 20 CM", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHAS CARACTERÍSTICAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
34683	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	PREGUNTA ID N° 444001, REALIZADA POR LA EMPRESA INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS CEO S. DE R.L. DE C.V.	ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS PARTIDAS QUE EN EL ANEXO 3.3 "REQUISITOS DE LOS BIENES" EN LA COLUMNA "VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES" INDICA OPCIONAL, Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL BASTARÁ CON PRESENTAR EL ANEXO 4.8 CON LA LEYENDA "NO APLICA PARA MI REPRESENTADA" Y NO SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE ACLARA QUE PARA LAS PARTIDAS QUE EN EL ANEXO 3.3 "REQUISITOS DE LOS BIENES" EN LA COLUMNA "VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES" CONTENGA LA LEYENDA "OPCIONAL", ES OBLIGATORIO PARA LOS LICITANTES INTERESADOS PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA EL ANEXO 4.8 "FORMATO PARA MANIFIESTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS A LA INSTALACION DE LOS BIENES" DEBIDAMENTE REQUISITADO, DE LO CONTRARIO SI SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO.
34684	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	PREGUNTA ID N° 444001, REALIZADA POR LA EMPRESA INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS CEO S. DE R.L. DE C.V.	ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS PARTIDAS QUE EN EL ANEXO 3.3 "REQUISITOS DE LOS BIENES" EN LA COLUMNA "VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES" APAREZCA LA LEYENDA "OPCIONAL" DEBIDO A LAS DISTINTAS UNIDADES DE DESTINO EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA ENTREGA, EL ANEXO 4.8 SOLO SEA LLENADO POR PARTIDA MENCIONANDO EN EL PARRAFO "LAS UNIDADES DESTINO" SE PONGA LA LEYENDA "SEÑALADAS EN EL ANEXO 3.4 GUÍA DE DISTRIBUCIÓN" Y ESTO NO SEA CAUSA DE DESECHAMIENTO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE ACLARA QUE EL ANEXO 4.8 "FORMATO PARA MANIFIESTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS A LA INSTALACION DE LOS BIENES" DEBERA SER REQUISITADO POR CADA UNIDAD DE DESTINO, POR CADA PARTIDA QUE EN EL ANEXO 3.3 "REQUISITOS DE LOS BIENES" EN LA COLUMNA "VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES" CONTENGA LA LEYENDA "OPCIONAL".

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34685	INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	PREGUNTA ID N° 444002, REALIZADA POR LA EMPRESA INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS CEO S. DE R.L. DE C.V.	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LAS PARTIDAS QUE EN EL ANEXO 3.3 "REQUISITOS DE LOS BIENES" EN LA COLUMNA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, BASTARA CON PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE EN EL QUE SE ESPECIFIQUE QUE NO APLICA PARA MI REPRESENTADA ¿ ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EN LA FORMA QUE ESTA PLANTEADA LA PREGUNTA NO SE PUEDE DAR CONTESTACIÓN, YA QUE NO ES CLARO SU PLANTEAMIENTO, DEBIDO A QUE SOLO DICE "EN LA COLUMNA MANTENIMIENTO PREVENTIVO", SIN ESPECIFICAR SI ES O NO REQUERIDO. SIN EMBARGO, SE ACLARA QUE PARA LAS PARTIDAS QUE EN EL ANEXO 3.3 "REQUISITOS DE LOS BIENES" EN LA COLUMNA "MANTENIMIENTO PREVENTIVO" CONTENGA LA LEYENDA "NO REQ.", LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE DONDE ESPECIFIQUE QUE PARA ESAS PARTIDAS MENCIONADAS, NO APLICA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
34693	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	REFERENTE A LA PREGUNTA: 443926	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN CONTROL DE DESABASTE DE 5 A 500 µM. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA OFERTAR "CONTROL DE DESABASTE DE 5 A 500 µM", PARA EL NUMERAL 1.9 "CONTROL DE DESBASTE DE LA MUESTRA (CORTE GRUESO) DE 1 A 300 MICRAS POR VUELTA COMO MÍNIMO Y AL MENOS CUATRO VALORES DE PASOS DIFERENTES", PARA LA PARTIDA 134 MICRÓTOMO PARA CORTES DE PARAFINA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34694	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	REFERENTE A LA PREGUNTA: 443927	ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR UN EQUIPO CON UN MOVIMIENTO VERTICAL DE 72 MM. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
34695	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	REFERENTE A LA PREGUNTA: 443928	ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR UN EQUIPO CON UN AVANCE TOTAL DEL ESPÉCIMEN DE 28 MM. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34696	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	REFERENTE A LA PREGUNTA: 443931	ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR UN EQUIPO CON DOS PORTACHULLILAS UNO PARA "CUCHILLAS DE ALTO PERFIL" Y UNO PARA "CUCHILLAS DE BAJO PERFIL". ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PUEDE OFERTAR: "EQUIPO CON DOS PORTACHULLILAS UNO PARA "CUCHILLAS DE ALTO PERFIL" Y UNO PARA "CUCHILLAS DE BAJO PERFIL" PARA LOS NUMERALES "1.9. PORTA-CUCHILLAS, 1.9.1. PARA CUCHILLAS DESECHABLES DE ALTO PERFIL, 1.9.2. PARA CUCHILLAS DESECHABLES DE BAJO PERFIL", PARA LA PARTIDA 135 MICRÓTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y CUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.
34697	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	REFERENTE A LA PREGUNTA: 443932	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR CON FRASES DE NUESTRA PROPIA CASA COMERCIAL. ES DECIR, "ADAPTADOR PARA EXTENDER TEJIDOS" POR "PLACA ESTABILIZADORA". ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA OFERTAR "PLACA ESTABILIZADORA", PARA EL NUMERAL "1.11 CON ADAPTADOR PARA EXTENDER TEJIDOS", PARA LA PARTIDA 135 MICRÓTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34698	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	REFERENTE A LA PREGUNTA: 443934	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA CAPACIDAD DE 120 CASETES. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA OFERTAR LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA: "CAPACIDAD DE 120 CASETES", PARA EL NUMERAL: "1.2 CAPACIDAD 110 CASETES O CÁPSULAS", PARA LA PARTIDA 136 PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGÚN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
34699	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	REFERENTE A LA PREGUNTA: 443934	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR CON FRASES DE NUESTRA PROPIA CASA COMERCIAL. ES DECIR, "CASETES" POR "PORTA MUESTRAS". ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN II, PARRAFO SEGUNDO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, ESTA CONVOCANTE NO EMITE CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA: 34699, EN VIRTUD DE QUE DICHA PREGUNTA NO GUARDA RELACIÓN CON LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA 443934.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34700	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	REFERENTE A LA PREGUNTA: 443936	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON TIEMPO DE INFILTRACIÓN PROGRAMABLE DE 1 SEGUNDO A 90 HORAS. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA OFERTAR LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "INFILTRACIÓN PROGRAMABLE DE 1 SEGUNDO A 90 HORAS", PARA EL NUMERAL "1.5 PROGRAMABLE DE 1 MINUTO A 24 HORAS POR CADA ESTACIÓN", PARA LA PARTIDA 136 PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SENALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGÚN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
34701	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	REFERENTE A LA PREGUNTA: 443937	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN RETARDO PROGRAMABLE "SIN LIMITE DE TIEMPO". ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA OFERTAR LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "SIN LIMITE DE TIEMPO", PARA EL NUMERAL: "1.6 RETRASO PROGRAMABLE MÍNIMO DE 72 HORAS", PARA LA PARTIDA 136 PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGÚN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

LA-50-GYR-050GYR040-T-15-2023

PROGRAMA "EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA HOSPITALES PRIORITARIOS"

(BINARIO)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
34702	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	REFERENTE A LA PREGUNTA: 443938	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON 10 PROGRAMAS SELECCIONABLES. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA OFERTAR LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA "10 PROGRAMAS SELECCIONABLES", PARA EL NUMERAL: "1.7 CAPACIDAD DE AL MENOS CUATRO (4) PROGRAMAS INDEPENDIENTES", PARA LA PARTIDA 136 PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGÚN EQUIPO ADICIONAL O ACCESORIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASÍ ALGUNA FALLA ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.