ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

"PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MÉDICOS TERCERA FASE 2024. RADIODIAGNÓSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

En la Ciudad de México, siendo las **11:00** horas del día **02 de septiembre de 2024**, en la Sala 5, Sótano Ala Poniente del edificio de Avenida Paseo de la Reforma No. 476, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06600, se reunieron los servidores públicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente, con el objeto de dar inicio a la Junta de Aclaraciones de la Convocatoria indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), 45 y 46 de su Reglamento (en adelante el Reglamento) y en el numeral 3.4 de la Convocatoria.

El acto es presidido por la Lic. Karla Pacheco Villanueva, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, de conformidad con las facultades conferidas en el numeral 7.1.3.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, así como el numeral 5.3.8., inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

Se informa que el presente acto está siendo videograbado, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 6 y 8 de la sección II del *"Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones"*, publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante el DOF), el 20 de agosto de 2015; y los Acuerdos por los que se modifica el Protocolo de Actuación en cita, publicados en el DOF los días 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017.

Quien preside el acto, es asistida por la representante de la Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo como Área Técnica, quien solventara las solicitudes de aclaración de carácter técnico; el Área Contratante, solventará las solicitudes de aclaración de carácter legal – administrativo y económico.

Asimismo, se hace constar que se encuentran presentes los representantes de la Coordinación de Legislación y Consulta y del Órgano Interno de Control Específico en el Instituto.

De conformidad con los artículos 26, penúltimo párrafo de la Ley y 45 del Reglamento, a este acto no asistió alguna persona que manifestara su interés de estar presente como observador.

DESARROLLO DEL ACTO

De conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, se informa que solamente se atenderán las solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta Licitación, a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero y cuyas solicitudes de aclaración se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

"PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MÉDICOS TERCERA FASE 2024. RADIODIAGNÓSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Quién preside el acto, señala que tal como consta en el reporte de "Empresas que han manifestado interés en participar" generado a través del sistema CompraNet, que se adjunta a la presente como **Anexo I**, se recibieron en tiempo y forma las solicitudes de aclaración y/o el escrito de interés en participar, lo anterior de conformidad con lo solicitado en el numeral 3.4 de la convocatoria, de los siguientes licitantes:

	Nombre o Razón Social del Licitante	Manifiesto de Interés	Solicitudes de Aclaración
1	ABSTEN DIAGNOSTIK S.A. DE C.V.	Si	1
2	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S.A.P.I. DE C.V.	Si	14
3	ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.	Si	30
4	EUREKA SALUD S.A. DE C.V.	Si	15
5	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	Si	57
6	GRUPO DIEMSA SA DE CV	Si	4
7	GRUPO INSOMA S. A. P. I. DE C.V.	Si	8
8	IMPULSO MEXICANO S.A. DE C.V.	Si	7
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	Si	43
10	MARO HEALTH S.A. DE C.V.	Si	2
11	PRODUCTOS STANTON S.A. DE C.V.	Si	18
12	SIAI MEDICS S.A. DE C.V.	Si	3
13	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE R.L. DE C.V.	Si	76
14	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Si	33
		TOTAL	**311**

Se hace constar que los licitantes AMG PHARMA MEXICO S.A. DE C.V., AUG S.A. DE C.V., B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES S.A. DE C.V., DELFIMA S.A. DE C.V., GRUPO ZUMI KALAN S.A.P.I. DE C.V., HOSPITIUM SOLUTIONS S.A. DE C.V., INGENIERIA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

"PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MÉDICOS TERCERA FASE 2024. RADIODIAGNÓSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

S.A. DE C.V., INNOVACIONES HOSPITALARIAS DE MEXICO S.A. DE C.V., INTEGRACION COMERCIAL HOSPITALARIA, S.A DE C.V., LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA S.A. DE C.V., MEDICA SILLER, S.A. DE C.V., SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. y TELECOMUNICACION Y EQUIPOS S.A.DE C.V., enviaron escrito de interés en participar, sin presentar solicitudes de aclaración.

Quien preside el acto, recibió la solicitud de los representantes del Área Técnica para que se decretará un receso en virtud del volumen de preguntas recibidas y para estar asi en posibilidades de dar contestación a las mismas, señalando su reanudación para el día **04 de septiembre de 2024**, a las **16:00 horas**, lo que se informo a los licitantes a través de CompraNet.

----------**RECESO**----------

Siendo las **16:00 horas** del día **04 de septiembre de 2024**, se reanuda el receso para continuar con el acto de junta de aclaraciones, citado al rubro.

Quien preside el acto, recibió la solicitud de los representantes del Área Técnica para que se decretará un receso en virtud del volumen de preguntas recibidas y para estar asi en posibilidades de dar contestación a las mismas, señalando su reanudación para el día **05 de septiembre del 2024**, a las **16:15 horas**, lo que se informo a los licitantes a través de CompraNet.

----------**RECESO**----------

Siendo las **16:15 horas** del día **05 de septiembre de 2024**, se reanuda el receso para continuar con el acto de junta de aclaraciones, citado al rubro.

Se consultó a la representante del Área Técnica si era su deseo efectuar alguna precisión de carácter técnico, a lo que manifestó no tener precisiones de carácter técnico,

CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

A continuación se da respuesta a las solicitudes de aclaración realizadas por los licitantes respecto a la Convocatoria, adjuntándose a la presente como **Anexo II**.

Considerando el volumen de la información, en el presente acto se solicita a los asistentes, la dispensa de la lectura de las solicitudes de aclaración y respuestas, toda vez que las mismas serán difundidas a través del sistema CompraNet; a lo que los asistentes, manifiestan no tener objeción.

No se omite mencionar que derivado del número de caracteres (2000) permitidos en el sistema CompraNet las respuestas a las solicitudes de aclaración de los licitantes, también podrán ser

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

"PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MÉDICOS TERCERA FASE 2024. RADIODIAGNÓSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

consultadas en formato PDF y Excel en el apartado ANEXOS de la publicación, en el sistema CompraNet.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 fracción II del Reglamento, se envían por CompraNet las respuestas emitidas a las solicitudes de aclaración; asimismo, se informa a los licitantes que se otorga un plazo de **20 horas** contados a partir de la publicación de la presente acta, para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo a que se refiere dicho precepto.

Transcurrido el plazo, el Área Contratante dará respuesta a las preguntas (repreguntas) el **09 de septiembre de 2024** a las **15:00 horas**.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley la presente acta forma parte integrante de la Convocatoria a la licitación.

Quien preside, pregunta a los asistentes si tienen algún comentario, manifestando no tener comentarios.

Para efectos de la notificación, en términos de los artículos 37 Bis de la Ley y 45 del Reglamento, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica de CompraNet https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se pone a disposición, copia de la presente en el tablero de avisos de la División de Equipo y Mobiliario Médico, ubicado en el piso 11 del inmueble situado en calle Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y en su caso, obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado el presente acto, siendo las **16:28** horas del día **05 de septiembre de 2024**, firmando la presente para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta, quienes reciben copia de la misma.

Esta acta consta de 5 fojas útiles y 2 anexos

---------- **FIN DE TEXTO** ----------

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

"PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MÉDICOS TERCERA FASE 2024. RADIODIAGNÓSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE Y CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Karla Pacheco Villanueva Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico		
Dra. Perla Patricia Hernández Anica Coordinadora de Programas Médicos Representante del Área Técnica		
Lic. José Manuel Garduño Trejo Representante de la Coordinación de Legislación y Consulta		

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ESPECÍFICO EN EL INSTITUTO

NOMBRE	FIRMA	ANTEFIRMA
C.P. Pedro Alberto Reynoso Morales		

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

"PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MÉDICOS TERCERA FASE 2024. RADIODIAGNÓSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Anexo I

EMPRESAS QUE HAN MANIFESTADO INTERÉS EN PARTICIPAR

Fecha y hora de la emisión del reporte: 01/09/2024 15:11

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: **E-2024-00088932**
Número de procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024**
Número de junta: **1**

Empresas interesadas

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Acuse(s) de solicitud de aclaracion	Acuse(s) de repreguntas
1	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 09:49	29 de Agosto de 2024 a las 17:44	SI	NO
2	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S A P I DE CV	30 de Agosto de 2024 a las 17:55	30 de Agosto de 2024 a las 18:46	SI	NO
3	AMG PHARMA MEXICO SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 12:32	28 de Agosto de 2024 a las 13:30	NO	NO
4	AUG SA DE CV	29 de Agosto de 2024 a las 11:47	29 de Agosto de 2024 a las 11:47	NO	NO
5	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	31 de Agosto de 2024 a las 13:01	31 de Agosto de 2024 a las 13:01	NO	NO
6	DELFIMA SA DE CV	30 de Agosto de 2024 a las 10:26	30 de Agosto de 2024 a las 10:26	NO	NO
7	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	27 de Agosto de 2024 a las 19:12	27 de Agosto de 2024 a las 19:13	SI	NO

8	EUREKA SALUD SA DE CV	27 de Agosto de 2024 a las 20:03	1 de Septiembre de 2024 a las 07:40	SI	NO
9	FUJIFILM DE MEXICO SA DE CV	29 de Agosto de 2024 a las 09:27		NO	NO
10	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	29 de Agosto de 2024 a las 15:06	29 de Agosto de 2024 a las 15:06	SI	NO
11	GELECOM S A P I DE CV	30 de Agosto de 2024 a las 13:02		NO	NO
12	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 11:45		NO	NO
13	GRUPO DIEMSA SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 20:43	28 de Agosto de 2024 a las 20:52	SI	NO
14	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 14:38	29 de Agosto de 2024 a las 13:52	SI	NO
15	GRUPO ZUMI KALAN S A P I DE CV	29 de Agosto de 2024 a las 21:17	29 de Agosto de 2024 a las 21:37	NO	NO
16	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 13:02	28 de Agosto de 2024 a las 13:02	NO	NO
17	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 19:37	28 de Agosto de 2024 a las 19:38	SI	NO
18	INGENIERIA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 16:52	28 de Agosto de 2024 a las 16:56	NO	NO
19	INNOVACIONES HOSPITALARIAS DE MEXICO SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 16:58	28 de Agosto de 2024 a las 17:05	NO	NO
20	INTEGRACION COMERCIAL HOSPITALARIA SA DE CV	29 de Agosto de 2024 a las 21:51	29 de Agosto de 2024 a las 21:51	NO	NO

21	ISM SALUD MEXICO S A P I DE CV	27 de Agosto de 2024 a las 19:58		NO	NO
22	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 10:18	28 de Agosto de 2024 a las 10:18	NO	NO
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	1 de Septiembre de 2024 a las 07:18	1 de Septiembre de 2024 a las 07:21	SI	NO
24	MARO HEALTH SA DE CV	27 de Agosto de 2024 a las 20:01	30 de Agosto de 2024 a las 13:58	SI	NO
25	MEDICA SILLER SA DE CV	29 de Agosto de 2024 a las 17:44	29 de Agosto de 2024 a las 19:03	NO	NO
26	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 16:34	28 de Agosto de 2024 a las 16:35	SI	NO
27	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	30 de Agosto de 2024 a las 14:11		NO	NO
28	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 14:07	28 de Agosto de 2024 a las 14:08	NO	NO
29	SIAI MEDICS SA DE CV	30 de Agosto de 2024 a las 14:59	30 de Agosto de 2024 a las 15:01	SI	NO
30	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 13:37	28 de Agosto de 2024 a las 13:37	SI	NO
31	SOLUCIONES MEDICAS COMERCIAL SA DE CV	29 de Agosto de 2024 a las 07:39		NO	NO

32	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 16:53	28 de Agosto de 2024 a las 16:53	SI	NO
33	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 13:30		NO	NO
34	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	30 de Agosto de 2024 a las 14:47	30 de Agosto de 2024 a las 14:48	NO	NO
35	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES S A P I DE CV	27 de Agosto de 2024 a las 20:02		NO	NO

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

"PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MÉDICOS TERCERA FASE 2024. RADIODIAGNÓSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Anexo II

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
631219	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.1.2 INCISO H	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA ENTREGAR OPINIÓN EMITIDA POR EL SAT CON UNA ANTIGÜEDAD HASTA DE 30 DÍAS ANTERIORES A LA PRESNETACIÓN DE PROPUESTAS Y/O DEL MES DE SEPTIEMBRE. ¿SE ACEPTA?	EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA CONSULTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDAS POR EL SAT, PODRÁ SER DE FECHA ANTERIOR AL EVENTO; SIN EMBARGO, SIN EXCEPCIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, EL O LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN PRESENTARLA VIGENTE EN SENTIDO POSITIVO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
631220	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.1.2 INCISO I	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA ENTREGAR OPINIÓN EMITIDA POR EL IMSST CON UNA ANTIGÜEDAD HASTA DE 30 DÍAS ANTERIORES A LA PRESNETACIÓN DE PROPUESTAS Y/O DEL MES DE SEPTIEMBRE. ¿SE ACEPTA?	EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA CONSULTA DE CUMPLIMIENTO DE OPINIONES DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PODRÁ SER DE FECHA ANTERIOR AL EVENTO; SIN EMBARGO, SIN EXCEPCIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, EL O LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN PRESENTARLA VIGENTE EN SENTIDO POSITIVO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
631221	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.1.2 INCISO I	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA ENTREGAR OPINIÓN EMITIDA POR EL INFONAVIT CON UNA ANTIGÜEDAD HASTA DE 30 DÍAS ANTERIORES A LA PRESNETACIÓN DE PROPUESTAS Y/O DEL MES DE SEPTIEMBRE. ¿SE ACEPTA?	EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA CONSULTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDAS POR EL INFONAVIT, PODRÁ SER DE FECHA ANTERIOR AL EVENTO; SIN EMBARGO, SIN EXCEPCIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, EL O LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN PRESENTARLA VIGENTE EN SENTIDO POSITIVO. DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
631222	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.1.2 INCISO P	ENTEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE INCISO BASTARÁ CON PRESENTAR ESCRITO DE QUE MI REPRESENTADA TIENE CONOCIMIENTO DEL FORMATO 11. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, TODA VEZ QUE DICHO FORMATO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO LA NO PRESENTACION DEL MISMO
631223	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.1.2 INCISO Q	ENTEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE INCISO BASTARÁ CON PRESENTAR ESCRITO DE QUE MI REPRESENTADA TIENE CONOCIMIENTO DEL FORMATO 12. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, TODA VEZ QUE DICHO FORMATO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO LA NO PRESENTACION DEL MISMO
631224	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.1.2 INCISO S	ENTEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE INCISO BASTARÁ CON PRESENTAR DOCUMENTO DE MANNIFIESTO DE PARTICULARES. ¿ES CORRECTO?	LOS PARTICULARES PODRÁN FORMULAR EL MANIFIESTO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL ANEXO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", PARA PERSONAS FÍSICAS O, EN SU CASO, PARA PERSONAS MORALES, EL CUAL PODRÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA WWW.GOB.MX/SFP Y/O HTTPS://MANIFIESTO.FUNCIONPUBLICA.GOB.MX/SMP-WEB/LOGINPAGE.JSF SIENDO ESTE MEDIO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN EL ÚNICO PARA PRESENTARLO.
631225	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.1.2 INCISO V	ENTENDEMOS QUE EL FORMATO 15 SERÁ LLENADO POR LA CONVOCANTE ¿CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EL FORMATO 15 DEBERÁ PRESENTARSE DEBIDAMENTE REQUISITADO, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR ESPECÍFICAMENTE LA NUMERACIÓN CONSECUTIVA DE LOS FOLIOS CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN SU DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA.
633007	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4.1.2 DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN INCISO H, I, J	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA ENTREGA DE LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO CON FECHA DE EMISIÓN DE MÁXIMO 30 DÍAS HÁBILES ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA?	EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA CONSULTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDAS POR EL SAT, PODRÁ SER DE FECHA ANTERIOR AL EVENTO; SIN EMBARGO, SIN EXCEPCIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, EL O LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN PRESENTARLA VIGENTE EN SENTIDO POSITIVO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

GOBIERNO DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
633009	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO DOS. TÉRMINOS Y CONDICIONES. / ANEXO 4	EN LA CONVOCATORIA MENCIONA QUE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO DOS, SIN EMBARGO CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR, YA QUE DENTRO DEL ARCHIVO DE ANEXO 2, EN EL TÍTULO DICE "ANEXO NO.4" QUE HABLA DE TÉRMINOS Y CONDICIONES. ¿QUÉ NÚMERO OCUPAMOS SI QUEREMOS HACER REFERENCIA A ESTE DOCUMENTO?	EN LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, EL DOCUMENTO DENOMINADO TERMINOS Y CONDICIONES SE DEBERA IDENTIFICAR COMO ANEXO DOS
633014	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PARA DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN QUE NO APLIQUE A MI REPRESENTADA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA QUELLOS FORMATOS QUE NO APLIQUEN A MI REPRESENTADA, PODER PRESENTARLO CON LA LEYENDA "NO APLICA". ¿SE ACEPTA?	SE CONFIRMA QUE EN CASO DE QUE, A JUICIO DEL LICITANTE, NO APLIQUE ALGUN DOCUMENTO Y/O ANEXO RELACIONADO CON LA CONVOCATORIA, PODRA NO PRESENTARLO O PRESENTARLO CON LA LEYENDA DE NO APLICA Y NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE LA CONVOCANTE EVALUE LA APLICABILIDAD DEL REQUISITO, ANEXO Y/O DOCUMENTO OMITIDO.
633015	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EN LA PROPUESTA ECONOMICA ÚNICAMENTE LAS PARTIDAS A COTIZAR Y ELIMINAR AQUELLAS EN LAS QUE NO SE OFERTARÁ. ¿SE ACEPTA?	DE CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN EL NUMERAL 4.3 PROPUESTA ECONÓMICA DE LA CONVOCATORIA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA DEBIDAMENTE REQUISITADA **ÚNICAMENTE** CON LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE
633016	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ECONÓMICO	4.3 PROPUESTA ECONOMICA Y 5.3 EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SERÁ REQUISITO PRESENTAR EL ARCHIVO EXCEL DEL ANEXO DE PROPUESTA ECONOMICA. FAVOR DE ACLARAR	NO ES REQUISITO PRESENTAR EL ARCHO EXCEL DE LA PROPUESTA ECONOMICA EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU PROPUESTA ECONOMICA DEBIDAMENTE REQUISITADA UNICAMENTE CON LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE, CON LA INFORMACION SOLICITADA EN EL ANEXO TRES "PROPUESTA ECONOMICA" EN ARCHIVO PDF, EN CASO DE ENVIARLA EN ARCHIVO EXCEL Y ARCHIVO PDF, EL ARCHIVO QUE SE CONSIDERARÁ PARA LA EVALUACION SERA EL PRESENTADO EN EL ARCHIVO PDF.
633017	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	FORMATO 16	¿EN QUE PARAMETRO DE COMPRANET SE DEBERÁ DE INGRESAR EL FORMATO 16?	EL FORMATO 16 NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, POR LO QUE DEBERA HACER CASO OMISO AL MISMO
633018	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	12. NOTA INFORMATIVA OCDE	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL DOCUMENTO ADJUNTO 4. NOTA INFORMATIVA OCDE, ES DE CARACTER INFORMATIVO POR LO QUE NO SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PROPUESTA. FAVOR DE CONFIRMAR.	SE CONFIRMA, TODA VEZ QUE DICHO DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO LA NO PRESENTACION DEL MISMO
633137	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 4.1.2. DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN	CONVOCATORIA 4.1.2. DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN I. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL ENTENDEMOS QUE SE PODREMOS PRESENTAR EN NUESTRA PROPUESTA LA OPINIÓN CON FECHA DEL MES EN QUE SE LLEVE A CABO LA APERTURA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS; ¿ES ESTO CORRECTO?	EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA CONSULTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PODRÁ SER DE FECHA ANTERIOR AL EVENTO; SIN EMBARGO, SIN EXCEPCIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, EL O LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN PRESENTARLA VIGENTE EN SENTIDO POSITIVO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
633144	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 1.2. MEDIO QUE SE UTILIZARÁ PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA	CONVOCATORIA 1.2. MEDIO QUE SE UTILIZARÁ PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA Y CARÁCTER DE ESTA DICE: EL CARÁCTER DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS. PREGUNTA: EL CARÁCTER DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, POR LO CUAL SÓLO PODRÁN PARTICIPAR LICITANTES MEXICANOS Y EXTRANJEROS DE PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE, EL CUAL CONTENGA DISPOSICIONES EN MATERIA DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO QUE LO PERMITAN Y SE REFIERA A BIENES Y SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL O DE DICHOS PAÍSES, CONFORME A LAS REGLAS QUE PARA TALES EFECTOS FUERON EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA. DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN EL PRESENTE NUMERAL ENTENDEMOS QUE SOLAMENTE SE DEBERÁN OFERTAR BIENES DE ORIGEN NACIONAL Y LOS PRODUCIDOS Y/O FABRICADOS EN PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE; ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO. DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA EN NUMERAL 1.2 MEDIO Y CARACTER, EL CUAL SEÑALA QUE EL CARACTER DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ES INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, POR LO CUAL SOLO PODRAN PARTICIPAR LICITANTES MEXICANOS Y EXTRANJEROS DE PAISES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE, EL CUAL CONTENGA DISPOSICIONES EN MATERIA DE COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO QUE LO PERMITAN Y SE REFIERA A BIENES Y SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL O DE DICHOS PAISES.
633145	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 1.2. MEDIO QUE SE UTILIZARÁ PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA	CONVOCATORIA 1.2. MEDIO QUE SE UTILIZARÁ PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA Y CARÁCTER DE ESTA DICE: EL CARÁCTER DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, POR LO CUAL SOLO PODRÁN PARTICIPAR LICITANTES MEXICANOS Y EXTRANJEROS DE PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE, EL CUAL CONTENGA DISPOSICIONES EN MATERIA DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO QUE LO PERMITAN Y SE REFIERA A BIENES Y SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL O DE DICHOS PAÍSES, CONFORME A LAS REGLAS QUE PARA TALES EFECTOS FUERON EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.. PREGUNTA: DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN EL PRESENTE NUMERAL ENTENDEMOS QUE EN CASO DE QUE EXISTA UN PROVEEDOR QUE OFERTE BIENES CUYO ORIGEN SEA DE ALGÚN PAÍS CON EL QUE MÉXICO NO CUENTA CON UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO, SU OFERTA SERÁ DESECHADA; ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO. DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA EN NUMERAL 1.2 MEDIO Y CARACTER, EL CUAL SEÑALA QUE EL CARACTER DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ES INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, POR LO CUAL SOLO PODRAN PARTICIPAR LICITANTES MEXICANOS Y EXTRANJEROS DE PAISES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE, EL CUAL CONTENGA DISPOSICIONES EN MATERIA DE COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO QUE LO PERMITAN Y SE REFIERA A BIENES Y SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL O DE DICHOS PAISES.

GOBIERNO DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
633379	MARO HEALTH SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	REFERENCIA: NUMERAL 6. SUBNUMERAL 6.26 DE LAS BASES.	EN VIRTUD DE QUE MI REPRESENTADA REALIZÓ UN CAMBIO EN LA RAZÓN SOCIAL, MISMO QUE SE ACREDITA MEDIANTE REFORMA NOTARIADA Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, SE PROCEDIÓ A REALIZAR EL CAMBIO EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET MISMO QUE AL DÍA DE HOY SE ENCUENTRA ACTUALIZADO, SIN EMBARGO NOS ENCONTRAMOS SOLICITANDO CITA PARA GESTIONAR ESTE CAMBIO ANTE LAS DEPENDENCIAS DEL IMSS E INFONAVIT, ASÍ COMO LA CITA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA E.FIRMA, EN ESTE SENTIDO Y CONSIDERANDO LA FECHA DE APERTURA, ES POSIBLE QUE ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS NO CONTENGAN DICHA MODIFICACIÓN DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN, EN ESPECÍFICO LA E.FIRMA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO NO. 6.26 QUE MENCIONA QUE LA FIRMA ELECTRÓNICA CORRESPONDA A UNA PERSONA DISTINTA ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO, POR LO ANTERIOR SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ACREDITAR MEDIANTE REFORMA NOTARIADA Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL VIGENTE QUE LA PERSONA MORAL ES LA MISMA Y QUE NO ES CASUAL DE DESECHAMIENTO, ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTO, EN CASO DE QUE UN LICITANTE OFERTE BIENES CUYO ORIGEN SEA DE UN PAIS CON EL QUE MEXICO NO CUENTA CON UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO, SU OFERTA SE DESECHARA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA EN NUMERAL 1.2 MEDIO Y CARACTER, EL CUAL SEÑALA QUE EL CARACTER DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ES INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, POR LO CUAL SOLO PODRAN PARTICIPAR LICITANTES MEXICANOS Y EXTRANJEROS DE PAISES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE, EL CUAL CONTENGA DISPOSICIONES EN MATERIA DE COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO QUE LO PERMITAN Y SE REFIERA A BIENES Y SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL O DE DICHOS PAISES, CONFORME A LAS REGLAS QUE PARA TALES EFECTOS FUERON EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, ASI COMO AL OFICIO CIRCULAR NO. UN 700 TU AD 198 2023, POR EL QUE SE DA A CONOCER A LAS DEPENDENCIAS Y SUS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARAESTATAL, ASI COMO A LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SUJETAS A LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE SE INDICAN, LA CONVERSION A MONEDA NACIONAL PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023, CON VIGENCIA DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, PÚBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE JUNIO DE 2023.
633429	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S A P I DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.1.2 DE LAS BASES INCISO H.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDAS POR EL SAT, CON UNA ANTIGÜEDAD DE POR LO MENOS 3 DÍAS PREVIOS A LA APERTURA DE PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA CONSULTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDAS POR EL SAT, PODRÁ SER DE FECHA ANTERIOR AL EVENTO; SIN EMBARGO, SIN EXCEPCIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, EL O LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN PRESENTARLA VIGENTE EN SENTIDO POSITIVO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
633430	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S A P I DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.1.2 DE LAS BASES INCISO I.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, CON UNA ANTIGÜEDAD DE POR LO MENOS 3 DÍAS PREVIOS A LA APERTURA DE PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA CONSULTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDAS POR EL IMSS, PODRÁ SER DE FECHA ANTERIOR AL EVENTO; SIN EMBARGO, SIN EXCEPCIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, EL O LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN PRESENTARLA VIGENTE EN SENTIDO POSITIVO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
633431	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S A P I DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.1.2 DE LAS BASES INCISO J.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR OPINIÓN DE INFONAVIT, CON UNA ANTIGÜEDAD DE POR LO MENOS 3 DÍAS PREVIOS A LA APERTURA DE PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA CONSULTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDAS POR EL INFONAVIT, PODRÁ SER DE FECHA ANTERIOR AL EVENTO; SIN EMBARGO, SIN EXCEPCIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, EL O LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN PRESENTARLA VIGENTE EN SENTIDO POSITIVO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
633432	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S A P I DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.1.2 DE LAS BASES INCISO K.	ES CORRECTO ENTEDER QUE EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO SE UBIQUE DENTRO DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MIPYME, SE DEBERÁ PRESENTAR EL FORMATO NO 7 CON LA LEYENDA DE "NO APLICA" Y ADICIONAL UN ESCRITO EN EL CUAL SE MANIFIESTE A QUE SECTOR O ESTRATIFICACIÓN PERTENECE MI REPRESENTADA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DE CONFORMIDAD CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.1.2 DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN, INCISO K. DE LA CONVOCATORIA, EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO SE UBIQUE DENTRO DE LA ESTRATIFICACION DE MIPYME, ES DECIR NO CORRESPONDA ESPECIFICAMENTE A UNA MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, NO DEBERA INTEGRAR A SU PROPOSICION EL FORMATO 7 O PODRA INTEGRARLO SOLO CON LA LEYENDA "NO APLICA" O INTEGRAR UN ESCRITO LIBRE EN EL CUAL MANIFIESTE ALGUN OTRO TIPO DE SECTOR O ESTRATIFICACION AL CUAL PERTENEZCA. EN CONSECUENCIA, NO SERA CONSIDERADO COMO CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
633470	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXO TRES. FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA	ENTENDEMOS QUE EN EL FORMATO PROPORCIONADO COMO ANEXO TRES PROPUESTA ECONÓMICA SOLO SE DEBERÁN COLOCAR LAS PARTIDAS A OFERTAR Y EN LAS QUE MI REPRESENTADA PARTICIPARÁ. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, TODA VEZ QUE DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.3 PROPUESTA ECONOMICA DE LA CONVOCATORIA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA DEBIDAMENTE REQUISITADA **ÚNICAMENTE** CON LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE
633471	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA	EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNO DE LOS NUMERALES NO LE APLIQUE A MI REPRESENTADA SE PODRÁ INTEGRAR ESCRITO EN EL QUE SE INDIQUE LA LEYENDA "NO APLICA" ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EN CASO DE QUE, A JUICIO DEL LICITANTE, NO APLIQUE ALGUN DOCUMENTO Y/O ANEXO RELACIONADO CON LA CONVOCATORIA, PODRA NO PRESENTARLO O PRESENTARLO CON LA LEYENDA DE NO APLICA Y NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE LA CONVOCANTE EVALUE LA APLICABILIDAD DEL REQUISITO, ANEXO Y/O DOCUMENTO OMITIDO
633474	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4.1.2 DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN, INCISO K	DICE: K. ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) PREGUNTA: EN CASO DE QUE NO APLIQUE LA ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) PARA NUESTRA REPRESENTADA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA SUBIR CARTA EN LA QUE SE EXPRESE QUE NO APLICA ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	DE CONFORMIDAD CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.1.2 DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN, INCISO K. DE LA CONVOCATORIA, EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO SE UBIQUE DENTRO DE LA ESTRATIFICACION DE MIPYME, ES DECIR NO CORRESPONDA ESPECIFICAMENTE A UNA MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, NO DEBERA INTEGRAR A SU PROPOSICIÓN EL FORMATO 7 O PODRA INTEGRARLO SOLO CON LA LEYENDA "NO APLICA" O INTEGRAR UN ESCRITO LIBRE EN EL CUAL MANIFIESTE ALGUN OTRO TIPO DE SECTOR O ESTRATIFICACION AL CUAL PERTENEZCA. EN CONSECUENCIA, NO SERA CONSIDERADO COMO CAUSAL DE DESECHAMIENTO.
633475	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXOS 4.3, 4.8, 4.9, OCDE	ENTENDEMOS QUE ESTOS ANEXOS SON INFORMATIVOS Y SERÁN ENTREGADOS POR EL LICITNTE ADJUDICADO, PRO LO QUE EL NO PRESENTARLOS COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, TODA VEZ QUE EL ANEXO 4.9 DEBERÁ SER PRESENTADO CONFORME A LO SOLICITADO EN EL INCISO C), RÚBRO A, SUBRUBRO A3, EL CUAL SE TRANSCRIBE PARA MAYOR REFERENCIA: PARA LAS CLAVES IDENTIFICADAS CON LA LEYENDA "OPCIONAL" EN LA COLUMNA DENOMINADA "VISITA A INSTALACIONES INSTITUCIONALES" DEL ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS DE LOS BIENES" DEBERÁN PRESENTAR DE MANERA OBLIGATORIA LA CARTA COMPROMISO CONFORME AL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA" PARA LA ADECUADA INSTALACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO QUE GARANTICE SU CORRECTO Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y EN SU CASO, DE CONFORMIDAD CON LO ESPECIFICADO INCISO "F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARÁN O COLOCARÁN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS, EN SU CASO." POR LO QUE HACE ALOS ANEXOS 4.3 ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y 4.8 ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE RECHAZO DE BIENES DE INVERSIÓN, ESTOS SERÁN SOLO PARA LOS LICITANTES ADJUDICADOS.
633476	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 4.5 Y 4.6	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTOS ANEXOS SE ENTREGARÁN POR EL LICITANTE ADJUDICADO Y EL NO INCLUIRLOS EN NUESTRA PROPUESTA NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO, SOLO LOS DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE ADJUDICADO Y NO SERÁ OBLIGATORIO PRESENTARLO EN LA PROPUESTA Y LA NO PRESENTACION NO SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
631226	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	TODAS LAS PARTIDAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE AQUELLAS CARACTERÍSTICAS DONDE NO SEA SUFICIENTE EL TEXTO SE NOS PERMITAN REFERENCIAR CON IMÁGENES EN CATÁLOGOS O MANUALES ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS QUE NO SE ENCUENTREN EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS QUE NO PUEDAN SER PLENAMENTE IDENTIFICADOS EN DICHA DOCUMENTACIÓN SIEMPRE QUE SE COMPRUEBE QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFÍA CON EL BIEN OFERTADO, EN EL NUMERAL E) FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS. PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE LOS BIENES Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL, SE REQUIERE QUE EL LICITANTE PRESENTE ANEXOS TECNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, IMAGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERAN CORRESPONDER, CON LA(S) MARCA(S) Y MODELO(S) Y/O NUMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NUMERO(S) DE CATALOGO(S) Y CON LA DESCRIPCION TECNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NO. 4.1 "DESCRIPCIO AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", TAL DOCUMENTACION DEBERA SER COMPLETA Y, DEBERA PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL DEBERA PROPORCIONAR LA TRADUCCION SIMPLE AL ESPAÑOL, SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENID Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCION PODRA CONTENER UNICAMENTE LAS PAGINAS, SECCIONES Y/O PARRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES.
631227	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 NUMERAL 1.7.6	ENTENDEMOS QUE PODREMOS OFERTAR "ROTACIÓN DEL TUBO DE RAYOS X DE -90°/+180° " YA QUE EN TOTAL SON LOS 270° SOLICITADOS ¿CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACEPTA OFERTAR "ROTACIÓN DEL TUBO DE RAYOS X DE -90°/+180°", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.7.6. CON ROTACIÓN DE 270° O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMA LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ntilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
s de No car	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
228	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 NUMERAL 2.3	ENTEDEMOS QUE REQUIERE UNA UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE UPS, A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO Y OTRA UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE UPS A PLENA CARGA PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO ¿CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACEPTA OFERTAR "UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE UPS DE AL MENOS 20 MINUTOS A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO Y OTRA UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE UPS DE AL MENOS 20 MINUTOS A PLENA CARGA PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "2.3. UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE UPS, DE AL MENOS 20 MINUTOS A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO Y EL EQUIPO DE CÓMPUTO (INCLUIR MARCA Y MODELO)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
229	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 NUMERAL 2.3	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS DEJE OFERTAR UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE UPS, DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO Y OTRA UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE UPS DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA OFERTAR LA CARACTERISTICA CONSISTENTE EN "RESPALDO DE AL MENOS 5 MINUTOS", FAVOR DE ATENDER LO DESCRITO EN LA PRESENTE CEDULA DE DESCRIPCION "2.3. UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE UPS, DE AL MENOS 20 MINUTOS A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO Y EL EQUIPO DE CÓMPUTO (INCLUIR MARCA Y MODELO)". DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
230	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 NUMERAL 1.10.1	SOLICITAMOS A LA AMABLE LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITA OFERTAR UNA ALTURA AJUSTABLE CON UN RANGO DE TOLERANCIA +/- 5% A LAS MEDIDAS REQUERIDAS EN LA FICHA TECNICA, YA QUE CON ESTA DIFERENCUA MÍNIMA NO AFECTA NINGUNA FUNCIÓN O CALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.10.1. CON ALTURA AJUSTABLE DE 76 CM O MENOR HASTA 100 CM O MAYOR", DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (\$%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
631231	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 NUMERAL 1.15.1	ENTENDEMOS QUE DOBLE PEDAL INTERCONSTRUIDO O INTEGRADO SE REFIERE A QUE DEBE ENCONTRARSE CONECTADO AL EQUIPO DENTRO DE LA SALA DE EXPLORACIÓN ¿CORRECTO?	SE ACLARA QUE SE ACEPTA OFERTAR "DOBLE PEDAL INTERCONSTRUIDO O INTEGRADO QUE DEBE ENCONTRARSE CONECTADO AL EQUIPO DENTRO DE LA SALA DE EXPLORACIÓN", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.15.1. DOBLE PEDAL INTERCONSTRUIDO/INTEGRADO EN LA MESA PARA FLUOROSCOPÍA Y RAYOS X PARA LA SALA DE EXPLORACIÓN", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO".
631232	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANEXO DOS INCISO D)	ENTENDEMOS QUE PARA LOS CONSUMIBLES ÚNICAMENTE DEBEREMOS PRESENTAR PARA ESTE INCISO REGISTRO SANITARIO O SI APLICA EL "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" ¿CORRECTO?	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE ACORDE AL ANEXO NO. 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES, PARA LOS BIENES OFERTADOS, DE ORIGEN NACIONAL O INTERNACIONAL, QUE ESTÉN INTEGRADOS POR UNO O VARIOS EQUIPOS Y/O ACCESORIO(S) Y/O CONSUMIBLES, Y EL LICITANTE ADVIERTA QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, DEBERÁ PRESENTAR, DEBIDAMENTE REFERENCIADO, EL "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014, EN EL QUE IDENTIFIQUE AQUELLOS QUE OFERTE Y DEBERÁN CORRESPONDER CON LA DESCRIPCIÓN, TIPO Y NATURALEZA DE ESTOS E IDENTIFICARSE PLENAMENTE EN DICHO LISTADO; SI EN EL LISTADO ANTES MENCIONADO NO SE PUEDE IDENTIFICAR PLENAMENTE EL QUE DICHO EQUIPO(S) Y/O ACCESORIO(S) Y/O CONSUMIBLE(S) NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, SE DEBERÁ ADJUNTAR COPIA SIMPLE DE LA NOTIFICACIÓN OFICIAL, EXPEDIDA POR LA COFEPRIS, CON FIRMA AUTÓGRAFA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA EMITE, QUE LO EXIMA DEL MISMO ACOMPAÑÁNDOSE DE LA COPIA SIMPLE DEL OFICIO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS EN DONDE SE SEÑALE EXPRESAMENTE QUE DICHO EQUIPO(S) Y/O ACCESORIO(S) Y/O CONSUMIBLE(S) NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO.
631233	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN RUBRO C, RUBRO D Y SUBRUBROS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS CONFIRME QUE PARA CUMPLIR CON ESTOS PUNTOS, PARA LA PARTIDA 1 SE PODRÁN PRESENTAR CONTRATOS DE EQUIPO DE IMAGEN EN GENERAL ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE ACLARA QUE LOS CONTRATOS MÍNIMOS DEBERÁN SER DE EQUIPOS DE FLUOROSCOPIA, RESONANCIA, ANGIOGRAFÍA Y TOMOGRAFÍA.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ntilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
s de , No car	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
e la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
254	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN RUBRO C, RUBRO D Y SUBRUBROS	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, ENTENDEMOS QUE PARA LA PARTIDA 1 SE PODRÁN PRESENTAR CONTRATOS DE EQUIPO EQUIPO MÉDICO DE UNIDADES RADIOGRAFIAS DE RAYOS X FIJO YA QUE CUENTAN CON CARACTERISTICAS SIMILARES Y SON BIENES DE LA MISMA NATURALEZA ¿CORRECTO?	NO ES CORRECTO. SE ACLARA QUE LOS CONTRATOS MÍNIMOS DEBERÁN DE SER DE EQUIPOS DE FLUOROSCOPIA, RESONANCIA, ANGIOGRAFÍA Y TOMOGRAFÍA.
255	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN RUBRO D	ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE RUBRO PODREMOS PRESENTAR COPIA DEL CONTRATO MÁS EL OFICIO EMITIDO POR LA AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO DE PERIODO DE VIGENCIA DE LA FIANZA SIN NINGUNA OBSERVACIÓN ¿CORRECTO?	NO ES CORRECTO, PARA EL ACREDITAMIENTO DEL RÚBRO D, ESPECIFÍCAMENTE DEL SUBRÚBRO D1. DEL INCISO C) DEL ANEXO 4 (TÉRMINOS Y CONDICIONES), SE DEBERÁ ENTREGAR LO SIGUIENTE: 1.- ANEXO NO. 4.2 "RELACIÓN DE DOCUMENTOS CONCERNIENTES A LA EVALUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA". 2- DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS Y/O PEDIDOS CUMPLIDOS PRESENTADOS EN EL RUBRO "C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO", DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: CON DEPENDENCIAS Y/O INSTITUCIONES PÚBLICAS: FIANZAS CANCELADAS O ESCRITO DE LIBERACIÓN DE FIANZAS O COMPROBANTES DE ENTREGA. CON INSTITUCIONES PRIVADAS: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL O COMPROBANTES DE ENTREGA. PARA TODOS LOS CASOS, SE ACLARA QUE SOLO SE CONSIDERARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS, RELACIONADA CON AQUELLOS CONTRATOS EN LOS QUE EL LICITANTE HAYA ACREDITADO LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN LOS SUBRUBROS DE "C1. EXPERIENCIA" Y "C2. ESPECIALIDAD". LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE LOS LICITANTES DEBERAN ACREDITAR CADA UNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL SUBRÚBRO D.1 DEL ANEXO NO.4 (TÉRMINOS Y CONDICIONES).
256	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN RUBRO C, RUBRO D Y SUBRUBROS	ENTENDEMOS QUE LOS CONTRATOS SOLICITADOS DEBERÁN SER DEL 2018 AL 2023 ¿CORRECTO?	SE REITERA QUE DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LOS SUBRÚBROS C.1, C.2 Y D.1 DEL ANEXO NO. 2 (TÉRMINOS Y CONDICIONES), LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS DEBERÁN CORRSPONDER AL PERIODO 2019 A 2023.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
631257	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANEXO DOS INCISO F)	ENTENDEMOS QUE LAS GUÍAS MECÁNICAS SON OPCIONALES EN LA PROPUESTA ¿CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LAS GUIAS MECANICAS DE AQUELLOS EQUIPOS QU REQUIEREN DESINTALACION E/O INSTALACIÓN, DEBERA SER ENTREGADA A LA UNIDAD MEDICA DE DESTINO FINA DE LOS BIENES, POR PARTE DEL LICITANTE ADJUDICADO.
631258	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANEXO DOS INCISO F)	PARA LA INSTALACIÓN DE UN EQUIPO CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, REQUIERE DE UN ÁREA AMPLIA, APROX. DE 4.5M X 6.9M Y UNA ALTURA MÍNIMA DE 2.80 M SOLO PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPO ¿SE TIENE UN ESPACIO CON DIMENSIONES SIMILARES? EN CASO DE NO TENERLA ¿SE PUEDE REALIZAR UNA AMPLIACIÓN DEL ÁREA?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES EL DE CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍA MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO.

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ntilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
es de n. No ficar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (!$%&#/)
de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
1259	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANEXO DOS INCISO F)	EN CASO DE SER NECESARIO ¿QUIÉN SE HARÁ CARGO DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIONES (AMPLIACIONES, BLINDAJES, ACABADOS, ETC)?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACLARA A LA LICITANTE QUE, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES EL DE CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO.
1260	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANEXO DOS INCISO F)	EN CASO DE CONTAR CON EL ÁREA IDÓNEA, ¿SE HARÁN TRABAJOS DE MEJORAS EN SALA?, ¿CUÁL SERÁ EL ALCANCE?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES EL DE CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
631261	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANEXO DOS INCISO F)	EN CASO DE SER NECESARIO LA COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA ¿QUIÉN SERÁ EL RESPONSABLE DE ENTREGAR LA MEMORIA ANALÍTICA Y LEVANTAMIENTO DE NIVELES DE RADIACIÓN?	EL RESPONSABLE DE LA MEMORIA ANALÍTICA Y LEVANTAMIENTO DE NIVELES DE RADIACIÓN ES EL PROVEEDOR DE EQUIPO. SE ACLARA A LA LICITANTE QUE, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES EL DE CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO.

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ntilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
s de . No icar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (\$%&#/)
de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
262	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANEXO DOS INCISO F)	EN CASO DE REQUERIR SOPORTES ADICIONALES ¿QUIÉN SE HARÁ CARGO DE LOS TRABAJOS?	EL RESPONSABLE DE LA ENTRAGA Y COLOCACIÓN DE SOPORTES ES EL PROVEEDOR DEL EQUIPO. SE ACLARA A LA LICITANTE QUE, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES EL DE CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
631263	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANEXO DOS INCISO F)	LOS REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS SOLICITADOS EN GUÍA MECÁNICA PARA LA CONEXIÓN DEL EQUIPO EN SALA ¿QUIÉN SERÁ EL RESPONSABLE DE PROPORCIONAR LA INSTALACIÓN?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES EL DE CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO.
631264	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANEXO DOS INCISO F)	PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO SE REQUIERE UNA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 400V (3 LÍNEAS, NEUTRO Y TIERRA FÍSICA). ¿LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE PROPORCIONARÁ A PIE DE SALA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES EL DE CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ntilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
es de n, No ficar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (!%&#/)
de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
1265	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANEXO DOS INCISO F)	¿SE TIENE TIERRA FÍSICA PARA LA PROTECCIÓN DEL EQUIPO? EN CASO DE SER NECESARIO SU COLOCACIÓN ¿QUIÉN SERÁ EL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN?	SE SUGIERE ACUDIR A LAS UNIDAD MÉDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES ACORDE AL ANEXO NO. 3.5 "GUIA DE DISTRIBUCIÓN", PARA CONSIDERAR A DETALLE CADA UNIDAD MÉDICA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
631266	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANEXO DOS INCISO F)	DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA SOLICITADA, SE REQUIERE UN ESPACIO PARA EL ÁREA DE INTERPRETACIÓN, ¿SE TIENE ÁREA DE INTERPRETACIÓN?	CON LA FINALIDAD DE QUE CONOZCAN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS DE IMAGÉN EN LAS UNIDADES MEDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BINES, LE INFORMO QUE ÉSTA ÁREA TÉCNICA NO CUENTA CON LOS PLANOS DE CADA UNO DE LOS HOSPITALES DONDE SE VAN A INSTLAR LOS BIENES, POR LO QUE, EN CASO DE REQUERIR ADECUAR SUS GUÍAS MECÁNCAS DEBERÁ REALIZAR LAS VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, LAS CUALES SERÁN CON LA FINALIDAD DE QUE TOME EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS, ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASÍ COMO LAS POSIBLES ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN A OFERTAR, ADEMÁS DE IDENTIFICAR CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO AQUELLOS ESPACIOS DE CARGA/DESCARGA, MANIOBRAS Y CIERRES POSIBLES A LA CIRCULACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE PUDIERA RESULTAR ADJUDICADO Y QUE REQUIERAN DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ntilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
es de n. No ficar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPURSTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
1267	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANEXO DOS INCISO F)	SE REQUIERE UN PAR DE NODOS DE RED, ¿SE TIENEN DISPONIBLES EN SALA E INTERPRETACIÓN? EN CASO DE SER NECESARIO SE HABILITEN ¿QUIÉN SERÁ EL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN?	CON LA FINALIDAD DE QUE CONOZCAN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS DE IMAGÉN EN LAS UNIDADES MEDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BINES, LE INFORMO QUE ÉSTA ÁREA TÉCNICA NO CUENTA CON LOS PLANOS DE CADA UNO DE LOS HOSPITALES DONDE SE VAN A INSTLAR LOS BIENES, POR LO QUE, EN CASO DE REQUERIR ADECUAR SUS GUÍAS MECÁNCAS DEBERÁ REALIZAR LAS VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, LAS CUALES SERÁN CON LA FINALIDAD DE QUE TOME EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS, ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASÍ COMO LAS POSIBLES ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN A OFERTAR, ADEMÁS DE IDENTIFICAR CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO AQUELLOS ESPACIOS DE CARGA/DESCARGA, MANIOBRAS Y CIERRES POSIBLES A LA CIRCULACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE PUDIERA RESULTAR ADJUDICADO Y QUE REQUIERAN DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
631268	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANEXO DOS INCISO F)	SE REQUIERE DEL ANCLAJE DEL EQUIPO EN PISO, ¿QUÉ TIPO DE PISO SE TIENE? ¿ESPESOR DE PISO?, ¿RESISTENCIA DEL PISO? EN CASO DE REQUERIR UN MEJORAMIENTO DEL PISO PARA ANCLAR EL EQUIPO ¿QUIÉN SERÁ RESPONSABLE?	SE SUGIERE ACUDIR A LAS UNIDAD MÉDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES ACORDE AL ANEXO NO. 3.5 "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN", PARA CONSIDERAR A DETALLE CADA UNIDAD MÉDICA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."
631269	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANEXO DOS INCISO F)	¿EN CASO DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE, SE DEJARÁ A RESGUARDO DENTRO DE LA MISMA UNIDAD HOSPITALARIA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REITERA QUE EL BIEN O BIENES QUE SEAN DESINSTALADOS Y EMBALADOS POR EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, PARA SU SUSTITUCIÓN, DEBERÁN QUEDAR A RESGUARDO DE LA UNIDAD MÉDICA, UBICÁNDOLOS EN EL ESPACIO QUE EL PERSONAL DE LA UNIDAD MÉDICA LE INDIQUE AL LICITANTE ADJUDICADO. ADICIONALMENTE, EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ DESINSTALAR Y EMBALAR LOS BIENES DE MANERA ADECUADA, EVITANDO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE SU MALTRATO Y/O DESTRUCCIÓN.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

antilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
ves de en, No ificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
1270	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANEXO DOS INCISO F)	FAVOR DE INDICARNOS ¿CUÁL ES LA DISTANCIA DESDE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA A LA SALA DE ESCANEO, CALIBRE DEL ALIMENTADOR, NUMERO DE FASES Y CAPACIDAD DE INTERRUPTORES?	CON LA FINALIDAD DE QUE CONOZCAN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS DE IMAGÉN EN LAS UNIDADES MEDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BINES, LE INFORMO QUE ÉSTA ÁREA TÉCNICA NO CUENTA CON LOS PLANOS DE CADA UNO DE LOS HOSPITALES DONDE SE VAN A INSTLAR LOS BIENES, POR LO QUE, EN CASO DE REQUERIR ADECUAR SUS GUÍAS MECÁNCAS DEBERÁ REALIZAR LAS VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, LAS CUALES SERÁN CON LA FINALIDAD DE QUE TOME EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS, ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASÍ COMO LAS POSIBLES ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN A OFERTAR, ADEMÁS DE IDENTIFICAR CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO AQUELLOS ESPACIOS DE CARGA/DESCARGA, MANIOBRAS Y CIERRES POSIBLES A LA CIRCULACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE PUDIERA RESULTAR ADJUDICADO Y QUE REQUIERAN DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."
1271	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 ANEXO DOS INCISO F)	¿EL CLIENTE SERÁ RESPONSABLE DE ENTREGAR LA SALA DE RAYOS X E INTERPRETACIÓN DE ACUERDO A GUÍA MECÁNICA?	ES CORRECTA SU APRECIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
1624	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	ENTENDEMOS QUE TODOS LOS EQUIPOS REQUERIDOS DENTRO DE ESTE PROCESO DE LICITACIÓN CORRESPONDEN A LA SUSTITUCIÓN DE EQUIPO EXISTENTE, INSTALADOS DENTRO DE ALGUNA DE LAS UNIDADES MÉDICAS REFERIDAS EN EL ANEXO NO. 3.5_IMA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIÓN.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
631625	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE LA DESINSTALACIÓN (SIN RECUPERACIÓN) DEL EQUIPO EXISTENTE, SU EMBALAJE Y PUESTA A DISPOSICIÓN DENTRO DEL MISMO INMUEBLE SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN Y SE ACLARA A LA LICITANTE QUE, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES EL DE CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

antilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
res de en, No ificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
1626	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	ENTENDEMOS QUE, PARA PODER ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO EQUIPAMIENTO, ¿CUALQUIERA QUE SEA EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA SUMINISTRAR E INSTALAR COMO MÍNIMO: TRANSFORMADOR ELÉCTRICO (TIPO PEDESTAL DE 13200V A 480V): TODO EL CABLEADO DE LA LÍNEA, DESDE SUBESTACIÓN Y HASTA EL BREAKER DE ENTRADA EN CUARTO DE MÁQUINAS. TIERRA FÍSICA DEDICADA PARA EL EQUIPO DE FLUROSCOPÍA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN Y SE ACLARA A LA LICITANTE QUE, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES EL DE CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACION DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO. EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
631627	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	ENTENDEMOS QUE, PARA PODER ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO EQUIPAMIENTO, ¿CUALQUIERA QUE SEA EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ SUMINISTRAR E INSTALAR UN AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL O MEJOR TECNOLOGÍA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN Y SE ACLARA A LA LICITANTE QUE, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES EL DE CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

antilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
res de en, No dificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
31628	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3. ANEXO TECNICO	TODAS LAS PARTIDAS SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EN CATÁLOGOS EN INGLÉS EN CASO DE SER NECESARIO, ACOMPAÑADO DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL DE LOS PÁRRAFOS REFERENCIADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE LOS BIENES Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL, SE REQUIERE QUE EL LICITANTE PRESENTE ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERÁN CORRESPONDER, CON LA(S) MARCA(S) Y MODELO(S) Y/O NÚMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NÚMERO(S) DE CATÁLOGO(S) Y CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NO. 4.1 "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", TAL DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER COMPLETA Y, DEBERÁ PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, EN ESTE SENTIDO, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV DE LA LAASSP, SE MANIFIESTA QUE EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES. ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS QUE NO SE ENCUENTREN EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS QUE NO PUEDAN SER PLENAMENTE IDENTIFICADOS EN DICHA DOCUMENTACIÓN SIEMPRE QUE SE COMPRUEBE QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFÍA CON EL BIEN OFERTADO
31629	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3. ANEXO TECNICO	TODAS LAS PARTIDAS SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR CON IMÁGENES EN FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O MANUALES DE LOS EQUIPOS EN AQUELLOS CASOS QUE EL TEXTO NO SEA SUFICIENTE O NO SEA POSIBLE REFERENCIAR CON TEXTO LOS PUNTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD. SE ACLARA QUE LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR FOTOGRAFIAS, IMAGENES, DIAGRAMAS INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE EN DONDE SE PUEDA IDENTIFICAR Y COMPROBAR QUE EL BIEN CUMPLE DICHA ESPECIFICACIÓN REQUERIDA, ASEGURÁNDOSE QUE DICHO MATERIAL SE VINCULE DIRECTAMENTE CON EL BIEN OFERTADO Y CORRESPONDA AL MISMO, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
631630	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3. ANEXO TECNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.1.1. "UNO O DOS PANTALLAS A COLOR LCD O TFT (INCLUIR MARCA Y MODELO):" ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR ESTE PUNTO SE PUEDE OFRECER UN (1) SOLO MONITOR DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
631631	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3. ANEXO TECNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.1.1.2 "RESOLUCIÓN 1K X 1K O MAYOR" POR TEMAS DE REFERENCIACIÓN TEXTUAL, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITAN REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "NÚMERO DE PIXELES 1280 X 1024", LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "RESOLUCIÓN DE PIXELES 1280 X 1024", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.1.1.2 "RESOLUCIÓN 1K X 1K O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
631632	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3. ANEXO TECNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.1.3. "INTERFAZ DE RED ETHERNET 1000 BASE T O 1000 MBPS (MBIT/SEG.) O 1 GBPS" POR TEMAS DE REFERENCIACIÓN TEXTUAL, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITAN REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA POR ETHERNET: BASE-T 10/100/10000MBPS", LO CUAL SUPERA LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "INTERFAZ DE RED CON TASA DE TRANSFERENCIA ETHERNET BASE-T 10/100/10000MBPS", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.1.3. "INTERFAZ DE RED ETHERNET 1000 BASE T O 1000 MBPS (MBIT/SEG.) O 1 GBPS", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
631633	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3. ANEXO TECNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.2.1. "CORRIENTE DE 1000 MA O MAYOR" ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, EL EQUIPO OFERTADO DEBE TENER UNA CORRIENTE DE EXPOSICIÓN MÁXIMA DE AL MENOS 1000 MA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACEPTA OFERTAR "CORRIENTE DE EXPOSICIÓN MÁXIMA DE AL MENOS 1000 mA", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.2.1. CORRIENTE DE 1000 MA O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

antilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
ores de gen, No dificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
o de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
31654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3. ANEXO TECNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.2.3. "TIEMPO DE EXPOSICIÓN DESDE 0.001 SEGUNDOS O MENOR A 6.3 SEGUNDOS O MAYOR" PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS PERMITAN OFERTAR TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 0.001 A 5 SEGUNDOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.2.3. TIEMPO DE EXPOSICIÓN DESDE 0.001 SEGUNDOS O MENOR A 6.3 SEGUNDOS O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
31655	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3. ANEXO TECNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.5. "FLUOROSCOPIA CONTINUA Y PULSADA" POR TEMAS DE REFERENCIACIÓN TEXTUAL, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LA CARACTERÍSTICA "FLUOROSCOPIA CONTINUA" COMO "FLUOROSCOPIA PULSADA DE ALTA FRECUENCIA DE IMAGEN A 30 P/S", LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. LO ANTERIOR CONSIDERANDO QUE INCLUSO EL	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.5. "FLUOROSCOPIA CONTINUA Y PULSADA"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
31656	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3. ANEXO TECNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.7.2. "CAPACIDAD CALORIFICA 600,000 HU O MAYOR" ENTENDEMOS QUE LA CAPACIDAD CALORIFICA SOLICITADA EN ESTE PUNTO SE REFIERE A LA CAPACIDAD CALORIFICA O DE ACUMULACIÓN TÉRMICA DEL ÁNODO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA REFERENCIAR "CAPACIDAD CALORIFICA DEL ANODO DE 600,000 HU O MAYOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.7.2. "CAPACIDAD CALORIFICA 600,000 HU O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
631657	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3. ANEXO TECNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.7.6. "CON ROTACIÓN DE 180° O MAYOR" PARA ASEGURAR UNA CORRECTA COBERTURA DE TODAS LAS POSICIONES DEL PACIENTE, AMABLEMENTE SUGERIMOS A LA CONVOCANTE SOLICITAR AL MENOS 270° TOTALES DE ROTACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.7.6. CON ROTACION DE 180° O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
631658	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3. ANEXO TECNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.10.1. "CON ALTURA AJUSTABLE DE 55 CM O MENOR HASTA 130 CM O MAYOR" PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS PERMITAN OFERTAR MESA CON ALTURA AJUSTABLE DE 50 CM A 100 CM. LA ALTURA MINIMA DE 50 CM REPRESENTA UNA VENTAJA PARA LA ACCESIBILIDAD DE PACIENTES CON MOVILIDAD REDUCIDA COMO PACIENTES GERIÁTRICOS Y PEDIÁTRICOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "CON ALTURA AJUSTABLE DE 50 CM O MENOR HASTA 100 CM O MAYOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.10.1. CON ALTURA AJUSTABLE DE 55 CM O MENOR HASTA 130 CM O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO"., SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
631659	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3. ANEXO TECNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.10.3. "CON CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO DE 265 KG O MAYOR" PARA ASEGURAR EL ACCESO A PACIENTES BARIÁTRICOS DEBIDO A LOS ALTOS INDICES DE OBESIDAD DEL PAÍS, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE SOLICITAR AL MENOS 300 KG DE SOPORTE DE PESO PARA LA MESA.	SE ACEPTA OFERTAR "CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO DE 300 KG O MAYOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.10.3. "CON CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO DE 265 KG O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
631660	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3. ANEXO TECNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.10.4.1 "COBERTURA LONGITUDINAL DE LA MESA DE 200CM O MAYOR" POR TEMAS DE REFERENCIACIÓN TEXTUAL, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "COBERTURA DEL PACIENTE	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.10.4.1 COBERTURA LONGITUDINAL DE LA MESA DE 200CM O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

antilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar unicamente la columna F		
oras de en, No dificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
o de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
31661	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3. ANEXO TECNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.12.2 "FLUOROSCOPIA CONTINUA DE 18 O 30 IMÁGENES O PULSOS O CUADROS/SEGUNDO O MAYOR POR SEGUNDO" SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE POR TEMAS DE REFERENCIACIÓN TEXTUAL NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "FLUOROSCOPIA PULSADA DE ALTA FRECUENCIA DE IMAGEN A 30 P/S", LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.12.2 FLUOROSCOPIA CONTINUA DE 18 O 30 IMAGENES O PULSOS O CUADROS/SEGUNDO O MAYOR POR SEGUNDO"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
31662	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3. ANEXO TECNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.13.6 "DQE DE 78% O MAYOR Y 3.5 LP/MM O MAYOR" PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS PERMITAN OFERTAR DETECTOR DIGITAL CON DQE DE 65 POR CIENTO Y 3.4 LP/MM. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.13.6 DQE DE 78% O MAYOR Y 3.5 LP/MM O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
31663	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3. ANEXO TECNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.14.1 "SISTEMA PARA EL POSICIONAMIENTO Y CENTRADO DEL PACIENTE SIN RADIACIÓN" ENTENDEMOS QUE ESTA SOLICITUD HACE REFERENCIA A UN SISTEMA QUE PERMITE CAMBIAR DE POSICIÓN AL PACIENTE CON AYUDA DE LA ÚLTIMA IMAGEN DE ESCOPIA (LIH), SIN NECESIDAD DE ESCOPIA ADICIONAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SE ACEPTA O REFERENCIAR "SISTEMA QUE PERMITE CAMBIAR DE POSICIÓN AL PACIENTE CON AYUDA DE LA ULTIMA IMAGEN DE ESCOPIA (LIH), SIN NECESIDAD DE ESCOPIA ADICIONAL", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.14.1 SISTEMA PARA EL POSICIONAMIENTO Y CENTRADO DEL PACIENTE SIN RADIACIÓN", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
631664	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3. ANEXO TECNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.15.1 "DOBLE PEDAL INTERCONSTRUIDO/INTEGRADO EN LA MESA PARA FLUOROSCOPIA Y RAYOS X PARA LA SALA DE EXPLORACIÓN" ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ESPECIFICACIÓN "INTERCONSTRUIDO O INTEGRADO EN LA MESA", SE PUEDE OFERTAR UN PEDAL DOBLE PARA FLUOROSCOPIA Y RAYOS X AL PIE DE LA MESA, CONECTADO AL EQUIPO PRINCIPAL EN LA SALA DE EXPLORACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECICION. SE ACEPTA REFERENCIAR "DOBLE PEDAL INTERCONSTRUIDO O INTEGRADO EN LA MESA PARA FLUOROSCOPIA Y RAYOS X PARA LA SALA DE EXPLORACION", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.15.1 DOBLE PEDAL INTERCONSTRUIDO/INTEGRADO EN LA MESA PARA FLUOROSCOPIA Y RAYOS X PARA LA SALA DE EXPLORACION", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
631665	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3. ANEXO TECNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.16 "CARRO O SOPORTE AL TECHO O PARED CON UNA O DOS PANTALLAS LCD O TFT EN LA SALA DE EXPLORACIÓN DE 19" O MAYOR" SUGERIMOS ATENTANMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITAR OBLIGATORIAMENTE DOS PANTALLAS LCD O TFT EN LA SALA DE EXPLORACION TOMANDO EN CUENTA QUE AL SOLICITAR UN EQUIPO CON EL SOFTWARE PARA DSA, SE VUELVE INDISPENSABLE CONTAR CON DOS PANTALLAS, UNA PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN EN TIEMPO REAL Y OTRA PARA LA IMAGEN DE REFERENCIA, ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "DOS PANTALLAS LCD O TFT EN LA SALA DE EXPLORACION TOMANDO EN CUENTA QUE AL SOLICITAR UN EQUIPO CON EL SOFTWARE PARA DSA, SE VUELVE INDISPENSABLE CONTAR CON DOS PANTALLAS, UNA PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN EN TIEMPO REAL Y OTRA PARA LA IMAGEN DE REFERENCIA, ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN" COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.16. DICE CARRO O SOPORTE AL TECHO O PARED CON UNA O DOS PANTALLAS LCD O TFT EN LA SALA DE EXPLORACION DE 19" O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

lantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar unicamente la columna F		
oras de gen, No dificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
O de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
31666	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3. ANEXO TECNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 2.2. "INYECTOR DUAL DE MEDIO DE CONTRASTE DE ALTA PRESIÓN (INCLUIR MARCA Y MODELO)(SE REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO)" SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INYECTOR DUAL CON BOMBEO DE MEDIO DE CONTRASTE POR MEDIO DE BOMBA DE RODILLOS Y CON PRESIÓN DE 17 BAR, EL CUAL CUMPLE CON LA FUNCIÓN DESEADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "INYECTOR CON BOMBEO DE MEDIO DE CONTRASTE POR MEDIO DE BOMBA DE RODILLOS Y CALENTADOR INTEGRADO DE MEDIO DE CONTRASTE (INCLUIR MARCA Y MODELO). (SE REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO)", COMO OPCION PARA EL NUMERAL, "2.2 INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE DE AL MENOS UN DEPOSITO O AL MENOS UNA JERINGA. (INCLUIR MARCA Y MODELO).", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL, ACCESORIO O CONSUMIBLE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LA INSTALACION U OPERACION, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTANDO LA DOCUMENTACION TECNICA, LEGAL Y DEMAS, ENTRE ELLO LO SOLICITADO EN EL INCISO D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA: LA CUAL QUEDARA SUJETA A LA EVALAUCION TECNICA CORRESPONDIENTE."
1667	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3. ANEXO TECNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 2.2. "INYECTOR DUAL DE MEDIO DE CONTRASTE DE ALTA PRESIÓN (INCLUIR MARCA Y MODELO)(SE REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO)" SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE DE ALTA PRESIÓN CON UN SOLO CABEZAL, EL CUAL CUMPLE CON LA PROGRAMACIÓN DE VOLÚMENES, FLUJO Y ALTA PRESIÓN DE INYECCIÓN. ESTO AYUDARÍA A SIMPLIFICAR EL FUNCIONAMIENTO Y EL FLUJO DE TRABAJO AL SER MÁS COMPACTO, CUMPLIENDO ASÍ CON EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "2.2. INYECTOR DUAL DE MEDIO DE CONTRASTE DE ALTA PRESIÓN (INCLUIR MARCA Y MODELO) (SE REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO)"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
631668	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3. ANEXO TECNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 2.3. "UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE UPS DE AL MENOS 20 MINUTOS A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO Y EL EQUIPO DE CÓMPUTO. (INCLUIR MARCA Y MODELO)" SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE DE AL MENOS 15 MINUTOS A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO Y EL EQUIPO DE CÓMPUTO, YA QUE CON ESE TIEMPO DE RESPALDO ES SUFICIENTE PARA TERMINAR UN PROCEDIMIENTO ANTE UNA FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "2.3. "UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE UPS DE AL MENOS 20 MINUTOS A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO Y EL EQUIPO DE CÓMPUTO. (INCLUIR MARCA Y MODELO)"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
631669	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3. ANEXO TECNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 3.1 "MATERIAL DE CONTRASTE NO IÓNICO, CONCENTRACIÓN DE 350 O 370 MG/ML, 50 FRASCOS DE 100ML CADA UNO (SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO)" SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR UN TOTAL 5000ML DE MATERIAL DE CONTRASTE DE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN OTRO TAMAÑO DE VIAL EN CASO DE QUE LOS VIALES DE 100ML NO ESTEN DISPONIBLES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE OFERTAR "MATERIAL DE CONTRASTE NO IÓNICO, CONCENTRACIÓN.DE 350 O 370 MG/ML, 50 FRASCOS DE 100ML CADA UNO O EL QUE MANEJE EL PROVEEDOR HASTA COMPLETAR LO EQUIVALENTE A LO SOLICITADO DE 5,000Ml (SE REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO)", COMO OPCIONAL PARA EL NUMERAL 3.1 "MATERIAL DE CONTRASTE NO IÓNICO, CONCENTRACIÓN DE 350 O 370 MG/ML, 50 FRASCOS DE 100ML CADA UNO (SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
631670	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3. ANEXO TECNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 3.2 "JERINGAS Y/O CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, ACORDE A LA TECNOLOGÍA OFERTADA, PARA EL INYECTOR DUAL DE MEDIO DE CONTRASTE, CON AL MENOS 100" EN CASO DE QUE SE ACEPTE OFERTAR INYECTOR DE UN SOLO CABEZAL PARA EL PUNTO 2.2, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA POSIBILIDAD DE OFERTAR LOS CONSUMIBLES APROPIADOS PARA EL USO DE DICHO INYECTOR CUMPLIENDO CON LAS CANTIDADES SOLICITADAS (100) ¿SE ACEPTA?. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "CONSUMIBLES APROPIADOS PARA EL USO DEL INYECTOR OFERTADO CUMPLIENDO CON LAS CANTIDADES SOLICITADAS (100)", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "3.2 JERINGAS Y/O CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, ACORDE A LA TECNOLOGÍA OFERTADA, PARA EL INYECTOR DUAL DE MEDIO DE CONTRASTE, CON AL MENOS 100", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

antilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
ores de gen. No dificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
o de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
31671	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2. RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	TODOS LOS PUNTOS ENTENDEMOS QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL PODER REFERENCIAR TERMINOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LO SOLICITADO Y MÁS BIEN SEAN TEMAS DE NOMENCLATURA, SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SUA PRECICION. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE LOS BIENES Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL, SE REQUIERE QUE EL LICITANTE PRESENTE ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERÁN CORRESPONDER, CON LA(S) MARCA(S) Y MODELO(S) Y/O NÚMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NÚMERO(S) DE CATÁLOGO(S) Y CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NO. 4.1 "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", TAL DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER COMPLETA Y, DEBERÁ PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, EN ESTE SENTIDO, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV DE LA LAASSP, SE MANIFIESTA QUE EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES. LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS QUE NO SE ENCUENTREN EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS QUE NO PUEDAN SER PLENAMENTE IDENTIFICADOS EN DICHA DOCUMENTACIÓN SIEMPRE QUE SE COMPRUEBE QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFÍA CON EL BIEN OFERTADO.
31672	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2. RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	TODOS LOS PUNTOS ENTENDEMOS QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL PODER OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR A LO OFERTADO SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE COMPRENDAN O SUPEREN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE PARA DETERMINAR SU CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO ACORDE A LO SOLICITADO.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
631673	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2. RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1,2, 3,4 Y 5 ENTENDEMOS QUE LOS PUNTOS 1,2,3,4 Y 5 SON ENCABEZADOS Y NO DEBEN IR REFERENCIADOS EN ALGUN FOLLETO , MANUAL O CATÁLOGO, SIN EMBARGO LOS SUBNUMERALES QUE REPRESENTAN LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, SI DEBEN IR REFERENCIADOS EN FOLLETOS, MANUALES O CATÁLOGOS.¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.1 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS, INSTRUCTIVO DE LLENADO. 10.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE: "LOS TÍTULOS: DESCRIPCIÓN, ACCESORIOS, CONSUMIBLES; INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO U OPERACIÓN (SEGÚN SEA EL CASO), CONTENIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA CÉDULA, NO NECESITAN REFERENCIARSE"
631674	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.1.1 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR POTENCIA DE 15 KW O MAYOR, COMO, SALIDA DE POTENCIA MÁXIMA NOMINAL DE 15 KW O MAYOR YA QUE ESTO NO AFECTA EN ABSOLUTO EL FUNCIONAMIENTO CLINICO O TÉCNICO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA REFERENCIAR "SALIDA DE POTENCIA NOMINAL DE 15 KW", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.1.1. POTENCIA DE 15KW O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
631675	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.1.2 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR RANGO DE VOLTAJE, COMO RANGO DE KV TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA Y CUMPLA CON LOS VALORES REQUERIDOS, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.1.2. RANGO DE VOLTAJE DE 40 A 120 KV O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
631676	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.1.4 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CORRIENTE DE RADIOGRAFÍA DIGITAL O IMAGEN ÚNICA, COMO IMAGEN INDIVIDUAL TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA Y CUMPLA CON EL VALOR REQUERIDO, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.1.4. COMO IMAGEN INDIVIDUAL DE 75 MA. O MAYOR "; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ntilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
es de n. No ficar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (!$%&#/)
de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
1677	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.2.2 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO, COMO CAPACIDAD TÉRMICA DE ALMACENAMIENTO DEL ÁNODO TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA Y CUMPLA CON EL VALOR REQUERIDO, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "CAPACIDAD TÉRMICA DE ALMACENAMIENTO DEL ÁNODO DE 310 KHU O MAYOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.2.2. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 310 KHU O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
1678	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.3.1 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN, COMO DISTANCIA DE LA FUENTE AL DETECTOR TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA Y CUMPLA CON EL VALOR REQUERIDO, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "DISTANCIA DE LA FUENTE AL DETECTOR SID DE 99 CM. O MAYOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.3.1 DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE), SID DE 99 CM. O MAYOR ", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
1679	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.3.3 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR RECORRIDO HORIZONTAL, COMO MOVIMIENTO HORIZONTAL TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "MOVIMIENTO HORIZONTAL", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.3.3. RECORRIDO HORIZONTAL", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
1680	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.3.4 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR RECORRIDO VERTICAL, COMO DESPLAZAMIENTO VERTICAL TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "MOVIMIENTO VERTICAL", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.3.4. RECORRIDO VERTICAL", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (Ñ%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
631681	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.3.5 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL O ÁNGULO DE GIRO U OSCILACIÓN O PANEO, COMO INTERVALO DE ROTACIÓN TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "MOVIMIENTO ORBITAL E INTERVALO DE ROTACIÓN", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.3.5. MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL O ÁNGULO DE GIRO U OSCILACIÓN O PANEO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
631682	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.4 ENTENDEMOS QUE DAMOS CUMPLIMIENTO AL PUNTO SI SE OFERTA, DETECTOR PLANO CON SISTEMA DE IMAGENOLOGÍA DIGITAL DE ALTO RENDIMIENTO, COMPLEMENTANDO CON UNA IMAGEN DONDE SE MUESTRA QUE EL DETECTOR ES INTERCONSTRUIDO AL ARCO TIPO EN C Y CUENTA CON CABLEADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
631683	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.4 ENTENDEMOS QUE AL OFERTAR UN DETECTOR INSTERCONSTRUIDO AL ARCO EN C EL CABLEADO INTERNO ESTA IMPLICITO, DONDO CUMPLIMIENTO AL PUNTO SOLICITADO.¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
631684	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.4 EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE A QUE SE REFIERE CON DETECTOR DIGITAL PLANO ALÁMBRICO INTERCONSTRUIDO AL EQUIPO.	LA RESPUESTA NO FUE NEGATIVA.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

antilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
ores de gen, No dificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACION: Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#./)
o de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
31685	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.4.2 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR ADQUISICIÓN O PROFUNDIDAD DE IMAGEN, COMO PROFUNDIDAD DE LA DIGITALIZACIÓN TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA Y CUMPLA CON EL VALOR REQUERIDO, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "PROFUNDIDAD DE LA DIGITALIZACIÓN DE IMAGEN DE 16 BITS O MAYOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.4.2 ADQUISICIÓN O PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 16 BITS O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
31686	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.6 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR ROAD-MAPPING, COMO ROADMAP TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "ROADMAP", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.6. ROAD-MAPPING", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
31687	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.7 PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODE OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR CON FLUOROSCOPIA DE HASTA 30 FRAMES/SEGUNDO PARA APLICACIONES CLÍNICAS DE CARDIOLOGÍA, ASÍ COMO EN APLICACIONES CLINICAS COMO VASCULAR, TRAUMATOLOGÍA,ORTOPEDIA, ENTRE OTRAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "FLUOROSCOPÍA DE 30 IMÁGENES O FRAMES O CUADROS/SEGUNDO O MAYOR PARA PARA APLICACIONES CLÍNICAS DE CARDIOLOGÍA, ASÍ COMO EN APLICACIONES CLINICAS COMO VASCULAR, TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA,", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.7 FLUOROSCOPÍA DE 25 IMÁGENES O FRAMES O CUADROS/SEGUNDO O MAYOR PARA CARDIOLOGÍA ", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
31688	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.8 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR EXPOSICIÓN PULSADA DE 25 PULSOS/SEG. O MAYOR PARA CARDIOLOGÍA, COMO FLUOROSCOPIA PULSADA CON UNA FRECUENCIA DE PULSO DE HASTA 30 P/S PARA APLICACIONES CLINICAS CARDIOLOGÍA, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "FLUOROSCOPIA PULSADA CON UNA FRECUENCIA DE PULSO DE HASTA 30 P/S PARA APLICACIONES CLINICAS CARDIOLOGÍA", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.8 EXPOSICIÓN PULSADA DE 25 PULSOS/SEG. O MAYOR PARA CARDIOLOGÍA", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN Valores permitidos: Hasta 2.000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (§%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
631689	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.10 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CONSOLA DE CONTROL MÓVIL, COMO CARRO PORTA MONITORES TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "CONSOLA DE CONTROL MÓVIL", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.10. CONSOLA DE CONTROL MÓVIL", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
631690	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.10.1 DEBIDO A QUE SIEMENS HEALTHINEERS NO FABRICA MONITORES Y SE APOYA DE OTRAS MARCAS PARA LA FABRICACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MONITORES DE LA MARCA EIZO QUE ES LA MARCA CON LA QUE TRABAJA SIEMENS HEALTHINEERS PARA LOS MONITORES. EIZO ES UNA MARCA ESPECIALIZADA EN BRINDAR SOLICIONES DE MONITORES GRADO MÉDICO QUE CUMPLEN CON LOS ALTOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LOS CAMPOS DE DIAGNÓSTICO Y REVISIÓN MÉDICA, ASÍ MISMO CUMPLEN CON LOS MÁS ESTRICTOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD MÉDICA, ADEMÁS ADMITEN CALIBRACIÓN UTILIZANDO EL ESTÁNDAR DICOM, POR LO CUAL NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NI LA GARANTÍA DE LOS COMPONENTES. ESTO NO IMPLICA MODIFICACIONES AL PUNTO DESCRITO EN LA PRESENTE CEDULA, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA REFERENCIAR "DOS PANTALLAS LCD O TFT CON TAMAÑO DE 19" O MAYOR O UNA PANTALLA FULL HD DE 32" 4K (INCLUIR MARCA Y MODELO)", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.10.1. DOS PANTALLAS LCD O TFT CON TAMAÑO DE 19" O MAYOR O UNA PANTALLA FULL HD DE 32" 4K (INCLUIR MARCA Y MODELO CORRESPONDIENTE A LA MARCA DEL EQUIPO PRINCIPAL)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS
631691	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.10.1.1 ENTENDEMOS QUE LA RESOLUCIÓN DE 1K X 1K HACE REFERENCIA A PODER OFERTAR 1000 PIXELES X 1000 PIXELES O SUPERIOR ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
631692	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.10.2 ENTENDEMOS QUE POR TECLADO ALFANUMERICO PODEMOS OFERTAR UN TECLADO QUE SE UTILIZA PARA INTRODUCIR TEXTO Y NÚMEROS, DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

lantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
eras de gen, No dificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (!$%&#/)
D de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
531693	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.10.3.1 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR SOFTWARE PARA ALMACENAR ESTUDIOS, INCLUYENDO VISOR DICOM (INCLUIDO EN EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO O MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO) DE IMÁGENES COMPATIBLES CON DICOM, COMO, INTERFAZ DE DICOM, ENTENDIENDO QUE ES UN SOFTWARE INCLUIDO PARA LA RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES Y VISOR DICOM PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS DE IMÁGENES EN UNA RED CLÍNICA CON BASE EN LA NORMA DICOM (INCLUIDO EN EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO O MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO) TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA. DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "SOFTWARE INCLUIDO PARA LA RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES Y VISOR DICOM PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS DE IMÁGENES EN UNA RED CLÍNICA CON BASE EN LA NORMA DICOM (INCLUIDO EN EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO O MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO)", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.10.3.1 SOFTWARE PARA ALMACENAR ESTUDIOS, INCLUYENDO VISOR DICOM (INCLUIDO EN EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO O MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO) DE IMÁGENES COMPATIBLES CON DICOM", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
31694	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.10.5 ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR ESTE PUNTO NECESITAMOS REFERENCIAR EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO ASÍ COMO ANEXAR LA CARTA DEL FABRICANTE DONDE EXPRESE QUE SE CUMPLE CON LAS CLASES DE SERVICIO HABILITADAS PARA SU USO.¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
31695	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.11 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR LASER APUNTADOR INTEGRADO AL EQUIPO COMO LOCALIZADOR LÁSER DEL DETECTOR INTEGRADO TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "LOCALIZADOR DE LUZ LASER INTEGRADO AL EQUIPO ", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.11. LASER APUNTADOR INTEGRADO AL EQUIPO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (!$%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
631696	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 3.1 PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI REQUIERE 100 PIEZAS DE DVD O 50 PIEZAS DE US DE 8GB O MAYOR.	SE ACLARA QUE SE ESTA SOLICITANDO EN EL NUMERAL "DVD 100 PIEZAS Y/O USB 50 PIEZAS DE 8 GB O MAYOR". COMO OPCION PARA EL NUMERAL "3.1. VD 100 PIEZAS Y/O USB 50 PIEZAS DE 8 GB O MAYOR DOBLE PEDAL INTERCONSTRUIDO/INTEGRADO EN LA MESA PARA FLUOROSCOPÍA Y RAYOS X PARA LA SALA DE EXPLORACIÓN", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA"CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
631697	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 :UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	TODOS LOS PUNTOS ENTENDEMOS QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL PODER REFERENCIAR TERMINOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LO SOLICITADO Y MÁS BIEN SEAN TEMAS DE NOMENCLATURA, SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE LOS BIENES Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL, SE REQUIERE QUE EL LICITANTE PRESENTE ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERÁN CORRESPONDER, CON LA(S) MARCA(S) Y MODELO(S) Y/O NÚMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NÚMERO(S) DE CATÁLOGO(S) Y CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NO. 4.1 "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", TAL DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER COMPLETA Y, DEBERÁ PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, EN ESTE SENTIDO, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV DE LA LAASSP, SE MANIFIESTA QUE EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES. LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS QUE NO SE ENCUENTREN EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS QUE NO PUEDAN SER PLENAMENTE IDENTIFICADOS EN DICHA DOCUMENTACIÓN SIEMPRE QUE SE COMPRUEBE QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFÍA CON EL BIEN OFERTADO.
631698	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 :UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	TODOS LOS PUNTOS ENTENDEMOS QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL PODER OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR A LO OFERTADO SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS QUE COMPRENDAN O SUPEREN LAS MÍNIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO". TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS ESTARÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE PARA DETERMINAR SU CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO ACORDE A LO SOLICITADO.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

antilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
res de en: No ificar	Valores de origen: No modificar	Valores de origen: No modificar	Valores de origen: No modificar	Valores de origen: No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
31699	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 :UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1,2, 3,4 Y 5 ENTENDEMOS QUE LOS PUNTOS 1,2,3,4 Y 5 SON ENCABEZADOS Y NO DEBEN IR REFERENCIADOS EN ALGUN FOLLETO , MANUAL O CATÁLOGO, SIN EMBARGO LOS SUBNUMERALES QUE REPRESENTAN LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SI DEBEN IR REFERENCIADOS EN FOLLETOS, MANUALES O CATÁLOGOS.¿ES CORRECTO?	DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL ANEXO NO. 4.1. DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS, INSTRUCTIVO DE LLENADO. "LOS TÍTULOS: DESCRIPCIÓN, ACCESORIOS, CONSUMIBLES, INSTALACIÓN, MATENIMIENTO U OPERACIÓN (SEGÚN SEA EL CASO), CONTENIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA CÉDULA, NO NECESITAN REFERENCIARSE".
31700	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 :UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.1.1 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR POTENCIA DE 15 KW O MAYOR, COMO, SALIDA DE POTENCIA MÁXIMA NOMINAL DE 15 KW O MAYOR YA QUE ESTO NO AFECTA EN ABSOLUTO EL FUNCIONAMIENTO CLINICO O TÉCNICO DEL EQUIPO. ESTO NO IMPLICA MODIFICACIONES AL PUNTO DESCRITO EN LA PRESENTE CEDULA, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA REFERENCIAR "SALIDA DE POTENCIA NOMINAL DE 15 KW", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.1.1. POTENCIA DE 15KW O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
31701	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 :UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.1.2 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR RANGO DE VOLTAJE, COMO RANGO DE KV TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA Y CUMPLA CON LOS VALORES REQUERIDOS, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LÍMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.1.2. RANGO DE VOLTAJE DE 40 A 120 KV O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
31702	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 :UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.1.4 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CORRIENTE DE RADIOGRAFÍA DIGITAL O IMAGEN ÚNICA, COMO IMAGEN INDIVIDUAL TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA Y CUMPLA CON EL VALOR REQUERIDO, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.1.4. COMO IMAGEN INDIVIDUAL DE 75 MA. O MAYOR "; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
631703	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 :UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.2.2 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO, COMO CAPACIDAD TÉRMICA DE ALMACENAMIENTO DEL ÁNODO TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA Y CUMPLA CON EL VALOR REQUERIDO, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "CAPACIDAD TÉRMICA DE ALMACENAMIENTO DEL ÁNODO DE 310 KHU O MAYOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.2.2. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 310 KHU O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
631704	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 :UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.3.1 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN, COMO DISTANCIA DE LA FUENTE AL DETECTOR TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA Y CUMPLA CON EL VALOR REQUERIDO, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "DISTANCIA DE LA FUENTE AL DETECTOR SID DE 99 CM. O MAYOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.3.1 DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE), SID DE 99 CM. O MAYOR ", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
631705	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 :UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.3.3 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR RECORRIDO HORIZONTAL, COMO MOVIMIENTO HORIZONTAL TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "MOVIMIENTO HORIZONTAL", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.3.3. RECORRIDO HORIZONTAL", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
631706	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 :UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.3.4 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR RECORRIDO VERTICAL, COMO DESPLAZAMIENTO VERTICAL TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "MOVIMIENTO VERTICAL", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.3.4. RECORRIDO VERTICAL", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
lores de gen. No dificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
D de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
631707	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 :UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.3.5 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL O ÁNGULO DE GIRO U OSCILACIÓN O PANEO, COMO INTERVALO DE ROTACIÓN TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "MOVIMIENTO ORBITAL E INTERVALO DE ROTACIÓN", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.3.5. MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL O ÁNGULO DE GIRO U OSCILACIÓN O PANEO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
631708	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 :UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.4 ENTENDEMOS QUE DAMOS CUMPLIMIENTO AL PUNTO SI SE OFERTA, DETECTOR PLANO CON SISTEMA DE IMAGENOLOGÍA DIGITAL DE ALTO RENDIMIENTO, COMPLEMENTANDO CON UNA IMAGEN DONDE SE MUESTRA QUE EL DETECTOR ES INTERCONSTRUIDO AL ARCO TIPO EN C Y CUENTA CON CABLEADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
631709	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 :UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.4 ENTENDEMOS QUE AL OFERTAR UN DETECTOR INSTERCONSTRUIDO AL ARCO EN C EL CABLEADO INTERNO ESTA IMPLICITO, DONDO CUMPLIMIENTO AL PUNTO SOLICITADO.¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
631710	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 :UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.4 EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE A QUE SE REFIERE CON DETECTOR DIGITAL PLANO ALÁMBRICO INTERCONSTRUIDO AL EQUIPO.	NO ES NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR.
631711	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 :UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.4.2 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR ADQUISICIÓN O PROFUNDIDAD DE IMAGEN, COMO PROFUNDIDAD DE LA DIGITALIZACIÓN TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA Y CUMPLA CON EL VALOR REQUERIDO, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "PROFUNDIDAD DE LA DIGITALIZACIÓN DE IMAGEN DE 16 BITS O MAYOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.4.2 ADQUISICIÓN O PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 16 BITS O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
631712	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 :UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.7 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CONSOLA DE CONTROL MÓVIL, COMO CARRO PORTA MONITORES TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "CONSOLA DE CONTROL MÓVIL", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.7CONSOLA DE CONTROL MÓVIL", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
631713	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 :UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.7.1 DEBIDO A QUE SIEMENS HEALTHINEERS NO FABRICA MONITORES Y SE APOYA DE OTRAS MARCAS PARA LA FABRICACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MONITORES DE LA MARCA EIZO QUE ES LA MARCA CON LA QUE TRABAJA SIEMENS HEALTHINEERS PARA LOS MONITORES. EIZO ES UNA MARCA ESPECIALIZADA EN BRINDAR SOLUCIONES DE MONITORES GRADO MÉDICO QUE CUMPLEN CON LOS ALTOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LOS CAMPOS DE DIAGNÓSTICO Y REVISIÓN MÉDICA, ASÍ MISMO CUMPLEN CON LOS MÁS ESTRICTOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD MÉDICA, ADEMÁS ADMITEN CALIBRACIÓN UTILIZANDO EL ESTÁNDAR DICOM, POR LO CUAL NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NI LA GARANTÍA DE LOS COMPONENTES. ESTO NO IMPLICA MODIFICACIONES AL PUNTO DESCRITO EN LA PRESENTE CEDULA, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA REFERENCIAR "DOS PANTALLAS LCD O TFT CON TAMAÑO DE 19" O MAYOR O UNA PANTALLA FULL HD DE 32" 4K (INCLUIR MARCA Y MODELO)", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.7.1. DOS PANTALLAS LCD O TFT CON TAMAÑO DE 19" O MAYOR O UNA PANTALLA FULL HD DE 32" 4K (INCLUIR MARCA Y MODELO CORRESPONDIENTE A LA MARCA DEL EQUIPO PRINCIPAL)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS
631714	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 :UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.7.1.1 ENTENDEMOS QUE LA RESOLUCIÓN DE 1K X 1K HACE REFERENCIA A PODER OFERTAR 1000 PIXELES X 1000 PIXELES O SUPERIOR ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
631715	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 :UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.7.2 ENTENDEMOS QUE POR TECLADO ALFANUMERICO PODEMOS OFERTAR UN TECLADO QUE SE UTILIZA PARA INTRODUCIR TEXTO Y NÚMEROS, DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
lores de gen, No odificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
D de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
533019	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 O ANEXO 4. D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS...	PARA LOS BIENES INTEGRADOS POR UNO O VARIOS EQUIPOS Y QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS QUE HAGAN REFERENCIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN . ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, PODRÁ PRESENTAR LAS PÁGINAS QUE HAGAN REFERENCIA AL BIEN, ACCESORIO Y/O CONSUMIBLE CORRESPONDIENTE EN EL ENTENDIDO QUE ACORDE AL ANEXO NO. 4 TÉRMINOS Y CONDICIONES. PARA EL CASO DE AQUELLOS QUE BIENES IDENTIFICADOS COMO "NO REQ." (NO REQUIERE) EN LA COLUMNA "REGISTRO SANITARIO" DEL ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS DE LOS BIENES", EL LICITANTE NO REQUIERE PRESENTAR DOCUMENTACIÓN ALGUNA REFERENTE AL REGISTRO SANITARIO. PARA EL CASO DE AQUELLOS BIENES IDENTIFICADOS COMO "SI REQ." (SI REQUIERE) EN LA COLUMNA "REGISTRO SANITARIO" DEL ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS DE LOS BIENES", PARA AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LOS BIENES OFERTADOS, DE ORIGEN NACIONAL O INTERNACIONAL, QUE ESTÉN INTEGRADOS POR UNO O VARIOS EQUIPOS Y/O ACCESORIO(S) Y/O CONSUMIBLES. Y EL LICITANTE ADVIERTA QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, DEBERÁ PRESENTAR, DEBIDAMENTE REFERENCIADO, EL "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014, EN EL QUE IDENTIFIQUE AQUELLOS QUE OFERTE Y DEBERÁN CORRESPONDER CON LA DESCRIPCIÓN, TIPO Y NATURALEZA DE ESTOS E IDENTIFICARSE PLENAMENTE; SI EN EL LISTADO ANTES MENCIONADO NO SE PUEDE IDENTIFICAR PLENAMENTE EL QUE DICHO EQUIPO(S) Y/O ACCESORIO(S) Y/O CONSUMIBLE(S) NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, SE DEBERÁ ADJUNTAR COPIA SIMPLE DE LA NOTIFICACIÓN OFICIAL, EXPEDIDA POR LA COFEPRIS, CON FIRMA AUTÓGRAFA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA EMITE, QUE LO EXIMA DEL MISMO ACOMPAÑÁNDOSE DE LA COPIA SIMPLE DEL OFICIO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS EN DONDE SE SEÑALE EXPRESAMENTE QUE DICHO EQUIPO(S) Y/O ACCESORIO(S) Y/O CONSUMIBLE(S) NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO.
533011	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES..	DICE: "LA PRESENTACIÓN DE GUÍAS MECÁNICAS NO SERÁ LIMITATIVA DE TODO AQUEL EQUIPO QUE ASÍ LO REQUIERA." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA PRESENTACIÓN DE LAS GUIAS MECÁNICAS SERÁ UN REQUISITO PARA AQUELLOS LICITANTES ADJUDICADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN.	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE LAS GUÍAS MECANICAS DE AQUELLOS EQUIPOS QUE REQUIEREN DESINTALACION E/O INSTALACIÓN, DEBERÁ SER ENTREGADA A LA UNIDAD MÉDICA DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES.
533012	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES..	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL ANEXO NO. 4.9 DEBE SER LLENADO POR CADA SITIO QUE SE VISITE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA LAS PARTIDAS QUE EN EL ANEXO 3.3 EN LA COLUMNA DENOMINADA "VISITA A INSTALACIONES INSTITUCIONALES" CONTENGA LA LEYENDA "OBLIGATORIA" U "OPCIONAL", SE ACLARA QUE EN EL ANEXO 4.9 LOS LICITANTES DEBERÁN ESPECÍFICAR TODAS LAS UNIDADES DE DESTINO RELACIONADAS EN EL ANEXO 3.5 DE LAS PARTIDAS QUE OFERTEN.

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (!%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
631716	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 :UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.7.3.1 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR SOFTWARE PARA ALMACENAR ESTUDIOS, INCLUYENDO VISOR DICOM (INCLUIDO EN EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO O MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO) DE IMÁGENES COMPATIBLES CON DICOM, COMO, INTERFAZ DE DICOM, ENTENDIENDO QUE ES UN SOFTWARE INCLUIDO PARA LA RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES Y VISOR DICOM ,PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS DE IMÁGENES EN UNA RED CLÍNICA CON BASE EN LA NORMA DICOM (INCLUIDO EN EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO O MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO) TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "SOFTWARE INCLUIDO PARA LA RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES Y VISOR DICOM PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS DE IMÁGENES EN UNA RED CLÍNICA CON BASE EN LA NORMA DICOM (INCLUIDO EN EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO O MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO)", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.7.3.1 SOFTWARE PARA ALMACENAR ESTUDIOS, INCLUYENDO VISOR DICOM (INCLUIDO EN EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO O MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO) DE IMÁGENES COMPATIBLES CON DICOM", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO" LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
631717	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 :UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.7.5 ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR ESTE PUNTO NECESITAMOS REFERENCIAR EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO ASÍ COMO ANEXAR LA CARTA DEL FABRICANTE DONDE EXPRESE QUE SE CUMPLE CON LAS CLASES DE SERVICIO HABILITADAS PARA SU USO.¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
631718	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 :UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 1.8 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR LASER APUNTADOR INTEGRADO AL EQUIPO COMO LOCALIZADOR LÁSER DEL DETECTOR INTEGRADO TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "LOCALIZADOR DE LUZ LASER INTEGRADO AL EQUIPO ", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.8. LASER APUNTADOR INTEGRADO AL EQUIPO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
631719	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 :UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	PUNTO 3.1 PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI REQUIERE 100 PIEZAS DE DVD O 50 PIEZAS DE US DE 8GB O MAYOR.	SE ACLARA QUE SE ESTA SOLICITANDO EN EL NUMERAL "DVD 100 PIEZAS Y/O USB 50 PIEZAS DE 8 GB O MAYOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "3.1. VD 100 PIEZAS Y/O USB 50 PIEZAS DE 8 GB O MAYOR DOBLE PEDAL INTERCONSTRUIDO/INTEGRADO EN LA MESA PARA FLUOROSCOPÍA Y RAYOS X PARA LA SALA DE EXPLORACIÓN", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
632018	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3. CLAVE PREI 11830.	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.3.1 DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE), SID DE 100 CM O MENOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN EQUIPO CON SID DE 108 CM SIENDO ESTA UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR, QUE CUMPLE CON EL USO PREVISTO DEL EQUIPO Y NO REPRESENTA NINGÚN CAMBIO EN SU USO DIARIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.3.1 DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE), SID DE 100 CM O MENOS"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
633008	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXOS 4.4, 4.5 Y 4.6 EXISTENCIA DE CONSUMIBLES Y REFACCIONES	ENTENDEMOS QUE LOS ANEXOS 4.4, 4.5, 4.6 Y 4.7 SON SOLO PARA LOS LICITANTES ADJUDICADOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633013	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES..	FAVOR DE RATIFICAR QUE LOS EQUIPOS A DESINSTALAR ESTARÁN DISPONIBLES AL PROVEEDOR ASIGNADO INMEDIATAMENTE QUE INICIE EL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.	"SE REITERA A LA PARTICIPANTE, QUE LA LICITANTE ADJUDICADA DEBERÁ COORDINARSE VÍA CORREO ELECTRÓNICO CON EL DIRECTOR MÉDICO DE LA UNIDAD MÉDICA DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y/O EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO A FIN DE QUE SE LE INDIQUE LA FECHA EN QUE LA UNIDAD MÉDICA SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE INICIAR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN. ... POR LO QUE EL LICITANTE PODRÁ ANALIZAR CON CADA UNIDAD DE DESTINO, LOS ESPACIOS CON LOS QUE CUENTE Y ESTÉN DISPONIBLES, Y UNA VEZ EMITIDO EL FALLO, EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD Y EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DETERMINAR INICIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR PARA PODER ESTAR EN CONDICIONES DE TERMINAR EN TIEMPO Y FORMA LA INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS BIENES, ASI COMO LA PLANACIÓN DE DÍAS Y HORARIOS DE TRABAJO PARA EJECUCIÓN DE LAS ADECUACIONES."
633019	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO UNO. ANEXO TECNICO, INCISO E) NORMA OFICIAL MEXICANA..., CARTA DICOM	DADO QUE TENEMOS DIFERENTES FÁBRICAS A NIVEL GLOBAL, ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CARTA SOLICITADA DEL FABRICANTE PUEDE SER EMITIDA Y FIRMADA POR LA ENTIDAD MATRIZ GLOBAL, CONTROLADORA DE LAS PLANTAS FILIALES QUE MANUFACTURAN LOS EQUIPOS. ACOMPAÑANDO A LA MISMA DE LA CERTIFICACIÓN RESPECTO A DICHAS FÁBRICAS DE LA ENTIDAD MATRIZ GLOBAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE REQUIERE CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE, SOLICITADA EN EL ANEXO 3. ANEXO TÉCNICO, DONDE ESPECIFIQUE LA HABILITACIÓN SIN RESTRICCIONES DE USO DE LAS FUNCIONES (CLASES DE SERVICIO) DICOM 3.0. SE CONSIDERARÁ INTERFAZ VÁLIDA SIEMPRE Y CUANDO EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT COMPRUEBE QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS SOPORTAN LOS SERVICIOS REQUERIDOS. ADEMÁS DE GARANTIZAR SU CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DIGITAL INSTALADO EN LA UNIDAD MÉDICA SIN COSTO PARA EL INSTITUTO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN OFERTADO, PARA LAS PARTIDAS: 1, 2 Y 3.
633020	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO UNO. ANEXO TECNICO, INCISO E) NORMA OFICIAL MEXICANA..., NOM 229	DADO QUE TENEMOS DIFERENTES FÁBRICAS A NIVEL GLOBAL, ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CARTA SOLICITADA DEL FABRICANTE PUEDE SER EMITIDA Y FIRMADA POR LA ENTIDAD MATRIZ GLOBAL, CONTROLADORA DE LAS PLANTAS FILIALES QUE MANUFACTURAN LOS EQUIPOS. ACOMPAÑANDO A LA MISMA DE LA CERTIFICACIÓN RESPECTO A DICHAS FÁBRICAS DE LA ENTIDAD MATRIZ GLOBAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE REQUIERE CARTA DEL FABRICANTE EN LA QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR LA NORMA NOM-229-SSA1-2002 Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, PARA LAS PARTIDAS: 1, 2 Y 3.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ıntilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
res de en, No ificar)	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
33021	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 1.2.2.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE GARANTIZA LA GESTIÓN DE CALOR, PARA LA ALTA EXIGENCIA DE IMAGEN ADECUADA EN EL ENTORNO QUIRÚRGICO. LO ANTERIOR JUSTIFICADO EN LOS SIGUIENTES TRES PUNTOS:1. DISEÑO DE EQUIPO QUE SEPARA FÍSICAMENTE EL TUBO DE RAYOS X (UBICADO EN EL ARCO EN C) Y EL GENERADOR (UBICADO EN LA BASE DEL ARCO EN C), PARA SEPARAR DOS FUENTES DE CALOR ENTRE SÍ Y SIMPLIFICAR LA CAPACIDAD Y DISIPACIÓN DEL MISMO. 2. LA TASA DE ENFRIAMIENTO DEL ÁNODO DE NUESTRO ARCO EN C DE 85,000 HU/MIN ESTÁ DISEÑADA PARA GARANTIZAR QUE EL TUBO DE RAYOS X SE MANTENGA FRÍO A LO LARGO DEL TIEMPO, EVITANDO EL SOBRECALENTAMIENTO Y REDUCIENDO EL RIESGO DE SOBRECARGA TÉRMICA. 3) SOFTWARES PARA MEJOR GESTIÓN DE CALOR COMO: MONITOREO DE TEMPERATURA DE TUBO, OPTIMIZACIÓN DE IMAGEN PARA REDUCIR DOSIS, ENR: REDUCE RUIDO DE LA IMAGEN EN 30%, LIVE ZOOM (ZOOM EN TIEMPO REAL) QUE AMPLÍA IMÁGENES EN FLUOROSCOPÍA Y CINE (HASTA 4X) SIN NECESIDAD DE AUMENTAR DOSIS; POR LO QUE PEDIMOS CORDIALMENTE SE NOS PERMITA OFRECER 300 KHU COMO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TÉRMICO EN EL ÁNODO ¿SE ACEPTA?	. NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.2.2. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 310 KHU O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO"

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
633022	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 1.2.2.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE GARANTIZA LA GESTIÓN DE CALOR, PARA LA ALTA EXIGENCIA DE IMAGEN ADECUADA EN EL ENTORNO QUIRÚRGICO. LO ANTERIOR JUSTIFICADO EN LOS SIGUIENTES TRES PUNTOS:1. DISEÑO DE EQUIPO QUE SEPARA FÍSICAMENTE EL TUBO DE RAYOS X (UBICADO EN EL ARCO EN C) Y EL GENERADOR (UBICADO EN LA BASE DEL ARCO EN C), PARA SEPARAR DOS FUENTES DE CALOR ENTRE SÍ Y SIMPLIFICAR LA CAPACIDAD Y DISIPACIÓN DEL MISMO. 2. LA TASA DE ENFRIAMIENTO DEL ÁNODO DE NUESTRO ARCO EN C DE 85,000 HU/MIN ESTÁ DISEÑADA PARA GARANTIZAR QUE EL TUBO DE RAYOS X SE MANTENGA FRÍO A LO LARGO DEL TIEMPO, EVITANDO EL SOBRECALENTAMIENTO Y REDUCIENDO EL RIESGO DE SOBRECARGA TÉRMICA. 3) SOFTWARES PARA MEJOR GESTIÓN DE CALOR COMO: MONITOREO DE TEMPERATURA DE TUBO, OPTIMIZACIÓN DE IMAGEN PARA REDUCIR DOSIS, ENR: REDUCE RUIDO DE LA IMAGEN EN 30%, LIVE ZOOM (ZOOM EN TIEMPO REAL) QUE AMPLÍA IMÁGENES EN FLUOROSCOPÍA Y CINE (HASTA 4X) SIN NECESIDAD DE AUMENTAR DOSIS; POR LO QUE PEDIMOS CORDIALMENTE SE NOS PERMITA OFRECER 300 KHU COMO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TÉRMICO EN EL ÁNODO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.2.2. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 310 KHU O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
alores de rigen, No odificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633023	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿SE ENTIENDE QUE LOS ESPACIOS A INTERVENIR POR PARTE DEL CONVOCADO SE LIMITAN SOLAMENTE A SALA DE EXAMEN Y CUARTO DE CONTROL? (CONSIDERANDO QUE LOS GABINETES DEL EQUIPO PUEDEN IR DENTRO DE SALA DE EXAMEN)	ES CORRECTO ENTEDER QUE LOS ESPACIOS A INTERVENIR POR PARTE DEL CONVOCADO SE LIMITAN SOLAMENTE SALA DE EXAMEN Y CUARTO DE CONTROL Y SE ACLARA A LA LICITANTE QUE, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES EL DE CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO.

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633024	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿LA CONVOCANTE PUEDE PROPORCIONAR PLANOS DEL ÁREA EN LA QUE SERÁ UBICADO EL EQUIPO DE FLUOROSCOPÍA?	CON LA FINALIDAD DE QUE CONOZCAN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS DE IMAGEN EN LAS UNIDADES MEDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BINES, LE INFORMO QUE ÉSTA ÁREA TÉCNICA NO CUENTA CON LOS PLANOS DE CADA UNO DE LOS HOSPITALES DONDE SE VAN A INSTLÁR LOS BIENES, POR LO QUE, EN CASO DE REQUERIR ADECUAR SUS GUÍAS MECÁNCAS DEBERÁ REALIZAR LAS VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, LAS CUALES SERÁN CON LA FINALIDAD DE QUE TOME EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS, ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASÍ COMO LAS POSIBLES ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN A OFERTAR, ADEMÁS DE IDENTIFICAR CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO AQUELLOS ESPACIOS DE CARGA/DESCARGA, MANIOBRAS Y CIERRES POSIBLES A LA CIRCULACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE PUDIERA RESULTAR ADJUDICADO Y QUE REQUIERAN DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (!$%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633025	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿LA CONVOCANTE PUEDE PROPORCIONAR PLANOS DE LA RUTA DE ACCESO PROPUESTA PARA EL INGRESO DEL EQUIPO DE FLUOROSCOPÍA?	CON LA FINALIDAD DE QUE CONOZCAN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS DE IMAGÉN EN LAS UNIDADES MEDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BINES, LE INFORMO QUE ÉSTA ÁREA TÉCNICA NO CUENTA CON LOS PLANOS DE CADA UNO DE LOS HOSPITALES DONDE SE VAN A INSTLAR LOS BIENES, POR LO QUE, EN CASO DE REQUERIR ADECUAR SUS GUÍAS MECÁNCAS DEBERÁ REALIZAR LAS VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, LAS CUALES SERÁN CON LA FINALIDAD DE QUE TOME EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS, ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASÍ COMO LAS POSIBLES ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN A OFERTAR, ADEMÁS DE IDENTIFICAR CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO AQUELLOS ESPACIOS DE CARGA/DESCARGA, MANIOBRAS Y CIERRES POSIBLES A LA CIRCULACIÓN PARÁ LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE PUDIERA RESULTAR ADJUDICADO Y QUE REQUIERAN DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CADALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633026	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿LA CONVOCANTE CUENTA CON LA CAPACIDAD ELÉCTRICA EN LA UNIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO?	SE SUGIERE ACUDIR A LAS UNIDAD MÉDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES ACORDE AL ANEXO NO. 3.5 "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN", PARA CONSIDERAR A DETALLE CADA UNIDAD MÉDICA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON.TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ıntilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar unicamente la columna F		
es da n. No ificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
3027	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿LA CONVOCANTE PROPORCIONARÁ VOLTAJE HASTA PIE DE SALA PARA ALIMENTAR EL EQUIPO DE FLUOROSCOPÍA?	SE SUGIERE ACUDIR A LAS UNIDAD MÉDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES ACORDE AL ANEXO NO. 3.5 "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN", PARA CONSIDERAR A DETALLE CADA UNIDAD MÉDICA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633028	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿A QUE DISTANCIA SE ENCUENTRA LA SUBESTACIÓN DE LA SALA A INTERVENIR?	CON LA FINALIDAD DE QUE CONOZCAN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS DE IMAGÉN EN LAS UNIDADES MEDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BINES, LE INFORMO QUE ÉSTA ÁREA TÉCNICA NO CUENTA CON LOS PLANOS DE CADA UNO DE LOS HOSPITALES DONDE SE VAN A INSTLAR LOS BIENES, POR LO QUE, EN CASO DE REQUERIR ADECUAR SUS GUÍAS MECÁNCAS DEBERÁ REALIZAR LAS VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, LAS CUALES SERÁN CON LA FINALIDAD DE QUE TOME EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS, ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASÍ COMO LAS POSIBLES ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN A OFERTAR, ADEMÁS DE IDENTIFICAR CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO AQUELLOS ESPACIOS DE CARGA/DESCARGA, MANIOBRAS Y CIERRES POSIBLES A LA CIRCULACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE PUDIERA RESULTAR ADJUDICADO Y QUE REQUIERAN DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
alores de rigen, No odificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633029	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿CUÁL SERÁ EL RECORRIDO DE LOS ALIMENTADORES ELÉCTRICOS?	CON LA FINALIDAD DE QUE CONOZCAN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS DE IMAGÉN EN LAS UNIDADES MEDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BINES, LE INFORMO QUE ÉSTA ÁREA TÉCNICA NO CUENTA CON LOS PLANOS DE CADA UNO DE LOS HOSPITALES DONDE SE VAN A INSTLAR LOS BIENES, POR LO QUE, EN CASO DE REQUERIR ADECUAR SUS GUÍAS MECÁNCAS DEBERÁ REALIZAR LAS VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, LAS CUALES SERÁN CON LA FINALIDAD DE QUE TOME EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS, ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASÍ COMO LAS POSIBLES ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN A OFERTAR. ADEMAS DE IDENTIFICAR CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO AQUELLOS ESPACIOS DE CARGA/DESCARGA, MANIOBRAS Y CIERRES POSIBLES A LA CIRCULACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE PUDIERA RESULTAR ADJUDICADO Y QUE REQUIERAN DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633030	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿ES POSIBLE CONSIDERAR ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN ALUMINIO? (EQUIVALENTE EN COBRE)	NO SE ACEPTA Y SE ACLARA A LA LICITANTE QUE, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES EL DE CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
lores de igen, No odificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633031	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿LA CONVOCANTE PROPORCIONARÁ VOLTAJE HASTA PIE DE SALA PARA ALIMENTAR LUMINARIAS Y CONTACTOS DENTRO DE SALA DE EXAMEN Y CUARTO DE CONTROL?	SE SUGIERE ACUDIR A LAS UNIDAD MÉDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES ACORDE AL ANEXO NO. 3.5 "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN", PARA CONSIDERAR A DETALLE CADA UNIDAD MÉDICA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
633032	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿SE ENTIENDE QUE LA CONVOCANTE CUENTA CON EL REFUERZO ESTRUCTURAL SUFICIENTE PARA RECIBIR EL PESO DEL EQUIPO NUEVO DE FLUOROSCOPÍA?	SE SUGIERE ACUDIR A LAS UNIDAD MÉDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES ACORDE AL ANEXO NO. 3.5 "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN", PARA CONSIDERAR A DETALLE CADA UNIDAD MÉDICA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar unicamente la columna F		
alores de rigen, No odificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (\$%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633033	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿SE CONSIDERA QUE EN CASO DE REQUERIR UN ESTUDIO ESTRUCTURAL, SERÁ REALIZADO POR EL CONVOCADO?	SE SUGIERE ACUDIR A LAS UNIDAD MÉDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES ACORDE AL ANEXO NO. 3.5 "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN", PARA CONSIDERAR A DETALLE CADA UNIDAD MÉDICA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633034	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿SE CONSIDERA QUE EN CASO DE REQUERIR UN REFUERZO ESTRUCTURAL, SERÁ REALIZADO POR EL CONVOCADO?	SE SUGIERE ACUDIR A LAS UNIDAD MÉDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES ACORDE AL ANEXO NO. 3.5 "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN", PARA CONSIDERAR A DETALLE CADA UNIDAD MÉDICA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ıntilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
es de n: No ficar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
dé la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
3035	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿SE ENTIENDE QUE ES NECESARIO POR PARTE DEL CONVOCADO GENERAR UNA TIERRA FÍSICA NUEVA PARA EL EQUIPO DE FLUOROSCOPÍA?	SE SUGIERE ACUDIR A LAS UNIDAD MÉDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES ACORDE AL ANEXO NO. 3.5 "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN", PARA CONSIDERAR A DETALLE CADA UNIDAD MÉDICA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

lantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
ores de gen. No dificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
D de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633037	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿SE ENTIENDE QUE LA CONVOCANTE BRINDARÁ EL ESPACIO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO?	CON LA FINALIDAD DE QUE CONOZCAN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS DE IMAGEN EN LAS UNIDADES MEDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BINES, LE INFORMO QUE ÉSTA ÁREA TÉCNICA NO CUENTA CON LOS PLANOS DE CADA UNO DE LOS HOSPITALES DONDE SE VAN A INSTLAR LOS BIENES, POR LO QUE, EN CASO DE REQUERIR ADECUAR SUS GUÍAS MECÁNCAS DEBERÁ REALIZAR LAS VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, LAS CUALES SERÁN CON LA FINALIDAD DE QUE TOME EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS, ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASÍ COMO LAS POSIBLES ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FIINCIONAMIENTO DEL BIEN A OFERTAR. ADEMAS DE IDENTIFICAR CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO AQUELLOS ESPACIOS DE CARGA/DESCARGA, MANIOBRAS Y CIERRES POSIBLES A LA CIRCULACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE PUDIERA RESULTAR ADJUDICADO Y QUE REQUIERAN DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633036	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿POR PARTE DEL CONVOCADO, ES CORRECTO CONSIDERAR UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL?	SE SUGIERE ACUDIR A LAS UNIDAD MÉDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES ACORDE AL ANEXO NO. 3.5 "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN", PARA CONSIDERAR A DETALLE CADA UNIDAD MÉDICA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633038	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿SE ENTIENDE QUE ES NECESARIO POR PARTE DEL CONVOCADO CONSIDERAR LOS ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO?	SE SUGIERE ACUDIR A LAS UNIDAD MÉDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES ACORDE AL ANEXO NO. 3.5 "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN", PARA CONSIDERAR A DETALLE CADA UNIDAD MÉDICA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
alores de rigen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (\$%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633039	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿LA CONVOCANTE CUENTA CON LA CAPACIDAD ELÉCTRICA EN SUBESTACIÓN PARA ALIMENTAR EL AIRE ACONDICIONADO?	SE SUGIERE ACUDIR A LAS UNIDAD MÉDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES ACORDE AL ANEXO NO. 3.5 "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN", PARA CONSIDERAR A DETALLE CADA UNIDAD MÉDICA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FISICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (!$%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633040	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿LA CONVOCANTE PUEDE COMPARTIR MEMORIA DE BLINDAJE DEL ESTADO ACTUAL DE LA SALA?	CON LA FINALIDAD DE QUE CONOZCAN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS DE IMAGÉN EN LAS UNIDADES MEDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BINES, LE INFORMO QUE ÉSTA ÁREA TÉCNICA NO CUENTA CON LOS PLANOS DE CADA UNO DE LOS HOSPITALES DONDE SE VAN A INSTLAR LOS BIENES, POR LO QUE, EN CASO DE REQUERIR ADECUAR SUS GUÍAS MECÁNCAS DEBERÁ REALIZAR LAS VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, LAS CUALES SERÁN CON LA FINALIDAD DE QUE TOME EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS, ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASÍ COMO LAS POSIBLES ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN A OFERTAR, ADEMÁS DE IDENTIFICAR CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO AQUELLOS ESPACIOS DE CARGA/DESCARGA, MANIOBRAS Y CIERRES POSIBLES A LA CIRCULACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE PUDIERA RESULTAR ADJUDICADO Y QUE REQUIERAN DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

lantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
lores de gen, No odificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
D de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633041	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿SE ENTIENDE QUE EL CONVOCADO REALIZARÁ MEMORIA ANALITA DE BLINDAJES?	CON LA FINALIDAD DE QUE CONOZCAN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS DE IMAGÉN EN LAS UNIDADES MEDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BINES, LE INFORMO QUE ÉSTA AREA TÉCNICA NO CUENTA CON LOS PLANOS DE CADA UNO DE LOS HOSPITALES DONDE SE VAN A INSTLAR LOS BIENES, POR LO QUE, EN CASO DE REQUERIR ADECUAR SUS GUÍAS MECÁNCAS DEBERÁ REALIZAR LAS VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, LAS CUALES SERÁN CON LA FINALIDAD DE QUE TOME EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS, ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASÍ COMO LAS POSIBLES ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN A OFERTAR. ADEMÁS DE IDENTIFICAR CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO AQUELLOS ESPACIOS DE CARGA/DESCARGA, MANIOBRAS Y CIERRES POSIBLES A LA CIRCULACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE PUDIERA RESULTAR ADJUDICADO Y QUE REQUIERAN DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633042	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿SE ENTIENDE QUE EL CONVOCADO REALIZARÁ EL BLINDAJE EN SALA PARA LA CORRECTA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA?	CON LA FINALIDAD DE QUE CONOZCAN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS DE IMAGÉN EN LAS UNIDADES MEDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BINES, LE INFORMO QUE ÉSTA ÁREA TÉCNICA NO CUENTA CON LOS PLANOS DE CADA UNO DE LOS HOSPITALES DONDE SE VAN A INSTLAR LOS BIENES, POR LO QUE, EN CASO DE REQUERIR ADECUAR SUS GUÍAS MECÁNCAS DEBERÁ REALIZAR LAS VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, LAS CUALES SERÁN CON LA FINALIDAD DE QUE TOME EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS, ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASÍ COMO LAS POSIBLES ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN A OFERTAR, ADEMÁS DE IDENTIFICAR CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO AQUELLOS ESPACIOS DE CARGA/DESCARGA, MANIOBRAS Y CIERRES POSIBLES A LA CIRCULACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE PUDIERA RESULTAR ADJUDICADO Y QUE REQUIERAN DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FISICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

antilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
ores de ien, No dificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
o de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
33043	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿SE ENTIENDE QUE EL CONVOCADO ENTREGARÁ DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE NIVELES?	SE SUGIERE ACUDIR A LAS UNIDAD MÉDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES ACORDE AL ANEXO NO. 3.5 "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN", PARA CONSIDERAR A DETALLE CADA UNIDAD MÉDICA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar unicamente la columna F		
Valores de origen. No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633044	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿A QUE DISTANCIA SE ENCUENTRA EL SITE DE IMAGENOLOGÍA DE LA SALA A INTERVENIR?	CON LA FINALIDAD DE QUE CONOZCAN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS DE IMAGÉN EN LAS UNIDADES MEDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BINES, LE INFORMO QUE ÉSTA ÁREA TÉCNICA NO CUENTA CON LOS PLANOS DE CADA UNO DE LOS HOSPITALES DONDE SE VAN A INSTLAR LOS BIENES, POR LO QUE, EN CASO DE REQUERIR ADECUAR SUS GUÍAS MECÁNCAS DEBERÁ REALIZAR LAS VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, LAS CUALES SERÁN CON LA FINALIDAD DE QUE TOME EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS, ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASÍ COMO LAS POSIBLES ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN A OFERTAR, ADEMÁS DE IDENTIFICAR CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO AQUELLOS ESPACIOS DE CARGA/DESCARGA, MANIOBRAS Y CIERRES POSIBLES A LA CIRCULACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE PUDIERA RESULTAR ADJUDICADO Y QUE REQUIERAN DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."
633045	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿SE ENTIENDE QUE LA CONVOCANTE CUENTA CON ESPACIO SUFICIENTE EN EL SWITCH QUE SE NOS ASIGNEN PARA CONECTAR LOS NODOS DE RED NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE HEMODINAMIA?	CON LA FINALIDAD DE QUE CONOZCAN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS DE IMAGÉN EN LAS UNIDADES MEDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BINES, LE INFORMO QUE ÉSTA ÁREA TÉCNICA NO CUENTA CON LOS PLANOS DE CADA UNO DE LOS HOSPITALES DONDE SE VAN A INSTLAR LOS BIENES, POR LO QUE, EN CASO DE REQUERIR ADECUAR SUS GUÍAS MECÁNCAS DEBERÁ REALIZAR LAS VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, LAS CUALES SERÁN CON LA FINALIDAD DE QUE TOME EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS, ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASÍ COMO LAS POSIBLES ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN A OFERTAR, ADEMÁS DE IDENTIFICAR CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO AQUELLOS ESPACIOS DE CARGA/DESCARGA, MANIOBRAS Y CIERRES POSIBLES A LA CIRCULACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE PUDIERA RESULTAR ADJUDICADO Y QUE REQUIERAN DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
alores de rigen. No odificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633046	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿LA CONVOCANTE BRINDARÁ EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA CONEXIÓN REMOTA DEL EQUIPO DE FLUOROSCOPÍA?	CON LA FINALIDAD DE QUE CONOZCAN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS DE IMAGÉN EN LAS UNIDADES MEDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BINES, LE INFORMO QUE ÉSTA ÁREA TÉCNICA NO CUENTA CON LOS PLANOS DE CADA UNO DE LOS HOSPITALES DONDE SE VAN A INSTLAR LOS BIENES, POR LO QUE, EN CASO DE REQUERIR ADECUAR SUS GUÍAS MECÁNCAS DEBERÁ REALIZAR LAS VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, LAS CUALES SERAN CON LA FINALIDAD DE QUE TOME EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS, ASPECTOS TECNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. ASÍ COMO LAS POSIBLES ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN A OFERTAR, ADEMÁS DE IDENTIFICAR CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO AQUELLOS ESPACIOS DE CARGA/DESCARGA, MANIOBRAS Y CIERRES POSIBLES A LA CIRCULACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE PUDIERA RESULTAR ADJUDICADO Y QUE REQUIERAN DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."
633047	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿SE ENTIENDE QUE EL HORARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ADECUACIÓN ES DIURNO Y SIN LIMITANTES?	SE REITERA A LA PARTICIPANTE, QUE LA LICITANTE ADJUDICADA DEBERÁ COORDINARSE VÍA CORREO ELECTRÓNICO CON EL DIRECTOR MÉDICO DE LA UNIDAD MÉDICA DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y/O EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO A FIN DE QUE SE LE INDIQUE LA FECHA EN QUE LA UNIDAD MÉDICA SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE INICIAR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN. ... POR LO QUE EL LICITANTE PODRÁ ANALIZAR CON CADA UNIDAD DE DESTINO, LOS ESPACIOS CON LOS QUE CUENTE Y ESTÉN DISPONIBLES, Y UNA VEZ EMITIDO EL FALLO, EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD Y EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DETERMINAR INICIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR PARA PODER ESTAR EN CONDICIONES DE TERMINAR EN TIEMPO Y FORMA LA INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS BIENES, ASI COMO LA PLANACIÓN DE DÍAS Y HORARIOS DE TRABAJO PARA EJECUCIÓN DE LAS ADECUACIONES.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633048	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿LA CONVOCANTE CUENTA CON UN ESPACIO DESTINADO PARA COLOCAR EL UPS TOTAL REQUERIDOS EN LA LICITACIÓN?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES EL DE CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
alores de rigen, No odificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2 000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633049	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	DE LA PREGUNTA ANTERIOR, SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿ESTE ESPACIO CUENTA CON LA CARACTERÍSTICAS DE VENTILACIÓN, CLIMATIZACIÓN, ENERGÍA Y SEGURIDAD REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL UPS?	CON LA FINALIDAD DE QUE CONOZCAN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS DE IMAGEN EN LAS UNIDADES MEDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BINES, LE INFORMO QUE ÉSTA ÁREA TÉCNICA NO CUENTA CON LOS PLANOS DE CADA UNO DE LOS HOSPITALES DONDE SE VAN A INSTLAR LOS BIENES. POR LO QUE, EN CASO DE REQUERIR ADECUAR SUS GUÍAS MECÁNCAS DEBERÁ REALIZAR LAS VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, LAS CUALES SERÁN CON LA FINALIDAD DE QUE TOME EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS, ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASÍ COMO LAS POSIBLES ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIOÑAMIENTO DEL BIEN A OFERTAR, ADEMÁS DE IDENTIFICAR CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO AQUELLOS ESPACIOS DE CARGA/DESCARGA, MANIOBRAS Y CIERRES POSIBLES A LA CIRCULACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE PUDIERA RESULTAR ADJUDICADO Y QUE REQUIERAN DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN. SIN EMBARGO, DEBERA PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633050	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	DE LA PREGUNTA ANTERIOR, SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA, ¿SE ENTIENDE QUE EL CONVOCADO DEBERÁ DE REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL UPS?	CON LA FINALIDAD DE QUE CONOZCAN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS DE IMAGÉN EN LAS UNIDADES MEDICAS DE DESTINO FINAL DE LOS BINES, LE INFORMO QUE ÉSTA ÁREA TÉCNICA NO CUENTA CON LOS PLANOS DE CADA UNO DE LOS HOSPITALES DONDE SE VAN A INSTLAR LOS BIENES, POR LO QUE, EN CASO DE REQUERIR ADECUAR SUS GUÍAS MECÁNCAS DEBERÁ REALIZAR LAS VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, LAS CUALES SERÁN CON LA FINALIDAD DE QUE TOME EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS, ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASÍ COMO LAS POSIBLES ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN A OFERTAR, ADEMÁS DE IDENTIFICAR CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO AQUELLOS ESPACIOS DE CARGA/DESCARGA, MANIOBRAS Y CIERRES POSIBLES A LA CIRCULACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE PUDIERA RESULTAR ADJUDICADO Y QUE REQUIERAN DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN. SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO."

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (\$%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633051	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1. ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO F)VISITAS A LAS INSTALACIONES...	¿LA CONVOCANTE PROPORCIONARA VOLTAJE HASTA PIE DE RECINTO PARA UPS?	NO ES CORRECTO Y SE ACLARA A LA LICITANTE QUE, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES EL DE CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO.
633052	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.10.1	SE SOLICITA AMABLEMENTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 100CM ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.10.1. CON ALTURA AJUSTABLE DE 76 CM O MENOR HASTA 130 CM O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
633053	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.12.3	SE SOLICITA AMABLEMENTE NOS PERMITA PARTICIPAR SIN ESTA TECNOLOGÍA Y QUE SE PUEDA REALIZAR UPGRADE EN EL FUTURO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "FLUOROSCOPÍA CON SUSTRACCIÓN DIGITAL EN TIEMPO REAL O (DSA) QUE PERMITA OBTENER 7 O MÁS IMÁGENES POR SEGUNDO "; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633054	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.12.4	SE SOLICITA AMABLEMENTE NOS PERMITA PARTICIPAR SIN ESTA TECNOLOGÍA Y QUE SE PUEDA REALIZAR UPGRADE EN EL FUTURO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.12.4. RADIOGRAFÍA O DFR DESDE 1 CUADROS O IMÁGENES/SEGUNDO O MENOR A 6 CUADROS O IMÁGENES/SEGUNDO O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
633055	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.13.6	SE SOLICITA AMABLEMENTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN DQE 65 % Y 3.4 LP/MM ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL "1.13.6 DQE DE 78% O MAYOR Y 3.5 LP/MM O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
633056	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 2.13.2	SE SOLICITA AMABLEMENTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UNA PANTALLA DE 1 MEGAPIXEL ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "2.1.3.2. RESOLUCIÓN DE 3 MEGA PIXELES O MAYOR "; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
633057	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXO 2 O ANEXO 4 INCISO K) FORMA DE PAGO	CONSIDERANDO QUE EL FALLO SE TIENE PROGRAMADO PARA EL 19 DE SEPTIEMBRE Y 90 DÍAS NATURALES DESPUÉS SERÍA EL 17 DE DICIEMBRE; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE CÓMO SERÁ EL COBRO EN EL SUPUESTO DE QUE SE TENGA TODA LA DOCUMENTACIÓN PARA ESTA FECHA PERO LA CAJA YA ESTÉ CERRADA (CIERRE DE VENTANILLA). FAVOR DE ACLARAR.	EL PAGO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO K) FORMA DE PAGO DEL ANEXO NO.4 (TÉRMINOS Y CONDICIONES)
633058	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	ECONÓMICO	BASES. 1.7. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	EN EL SUPUESTO DE QUE SE REALICE EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA EN TIEMPO Y FORMA, PERO LA DOCUMENTACIÓN PARA COBRO SE PROLONGUE HASTA PRINCIPIOS DE 2025 ¿SE MANTENDRÁ DISPONIBLE EL PRESUPUESTO PARA COBRO DE DICHOS BIENES?	EL PAGO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO K) FORMA DE PAGO DEL ANEXO NO.4 (TÉRMINOS Y CONDICIONES)

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (!$%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633059	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2. INCISO I) EN SU CASO, MECANISMOS... DEFECTOS O VICIOS OCULTOS...	SE ENTIENDE QUE PARA PROCEDER AL REEMPLAZO O CANJE DE LOS BIENES LOS EQUIPOS DEBEN CONTAR CON UN DICTÁMEN TÉCNICO DEL FABRICANTE INDICANDO QUE EL BIEN NO TIENE REPARACIÓN; EXCLUYENDO FALLAS POR CONSUMIBLES O ACCESORIOS, REPARACIONES Y AJUSTES NECESARIOS DEBIDOS A DAÑOS POR USO INCORRECTO, ERRORES DE OPERACIÓN; MALAS CONDICIONES AMBIENTALES, FALLAS ELÉCTRICAS, ENTRE OTROS FACTORES EXTERNOS AJENOS AL EQUIPO. ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA A LA LICITANTET QUE LAS FALLAS CONSIDERADAS PARA SOLICITAR LA RECISIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE SERÁN DETERMINADAS POR EL ÁREA USUARIA EN CONJUNTO CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DEBIENDO SER CONGRUENTES CON AFECTACIONES DEL EQUIPO ASOCIADAS A VICIOS OCULTOS, DESCOMPOSTURAS DE PARTES O COMPONENTES QUE NO PUEDAN SER REPARADOS, FALLAS RECURRENTES QUE NO SEAN SOLUCIONADAS A PESAR DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIIVO. ADICIONALMENTE SE REITERA QUE EN EL SUPUESTO DE QUE LA FALLA SE ORIGINE POR UNA INCORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO, ÉSTA DEBERÁ SER ACREDITADA CON EVIDENCIA TÉCNICA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DEL FABRICANTE DEL O LOS BIENES Y EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR UN PERITAJE TÉCNICO POR PARTE DE UN TERCERO AUTORIZADO, PUDIENDO SER EL FABRICANTE DE LOS BIENES O UN REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTE, EN DONDE SE COMPRUEBE QUE EL O LOS BIENES EN GARANTÍA PRESENTAN DAÑOS POR ALGÚN MAL USO O NEGLIGENCIA POR PARTE DEL PERSONAL USUARIO DE LA UNIDAD MEDICA DEL INSTITUTO EN DONDE SE ENCUENTRE UBICADO, Y QUE, EN CONSECUENCIA, NO APLICA LA REPARACIÓN DE GARANTÍA, LO CUAL DEBERÁ SER ACEPTADO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO O QUIÉN ESTE DESIGNE. EN CASO DE QUE EL PERITAJE TENGA ALGÚN COSTO, ESTE DEBERÁ SER PAGADO EN SU TOTALIDAD POR EL LICITANTE ADJUDICADO. AQUELLOS FENOMENOS NATUARLES O METEOROLOGICOS QUE PUDIERAN OCASIONAR ALGUN DAÑO PERMANENTE AL EQUIPO E IRREPARABLE NO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO Y DEBERÁ ESTAR AMPARADO POR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE.
633060	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2. INCISO I) EN SU CASO, MECANISMOS... DEFECTOS O VICIOS OCULTOS...	SE ENTIENDE QUE LAS FALLAS A CONSIDERAR PARA EL CÁLCULO DE LA AFECTACIÓN EN UN 30% O MÁS DE LA ATENCIÓN DE LA DERECHOHABIENCIA, PREVIA RECISIÓN DE CONTRATO, SERÁN AQUELLAS FALLAS PROPIAS DEL EQUIPO Y QUE LO DEJEN FUERA DE SERVICIO, EXCLUYENDO LAS FALLAS POR CONSUMIBLES O ACCESORIOS, REPARACIONES Y AJUSTES NECESARIOS DEBIDOS A DAÑOS POR USO INCORRECTO, ERRORES DE OPERACIÓN, MALAS CONDICIONES AMBIENTALES, FALLAS ELÉCTRICAS, ENTRE OTROS FACTORES EXTERNOS AJENOS AL EQUIPO. ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA A LA LICITANTET QUE LAS FALLAS CONSIDERADAS PARA SOLICITAR LA RECISIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE SERÁN DETERMINADAS POR EL ÁREA USUARIA EN CONJUNTO CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DEBIENDO SER CONGRUENTES CON AFECTACIONES DEL EQUIPO ASOCIADAS A VICIOS OCULTOS, DESCOMPOSTURAS DE PARTES O COMPONENTES QUE NO PUEDAN SER REPARADOS, FALLAS RECURRENTES QUE NO SEAN SOLUCIONADAS A PESAR DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIIVO. ADICIONALMENTE SE REITERA QUE EN EL SUPUESTO DE QUE LA FALLA SE ORIGINE POR UNA INCORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO, ÉSTA DEBERÁ SER ACREDITADA CON EVIDENCIA TÉCNICA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DEL FABRICANTE DEL O LOS BIENES Y EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR UN PERITAJE TÉCNICO POR PARTE DE UN TERCERO AUTORIZADO, PUDIENDO SER EL FABRICANTE DE LOS BIENES O UN REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTE, EN DONDE SE COMPRUEBE QUE EL O LOS BIENES EN GARANTÍA PRESENTAN DAÑOS POR ALGÚN MAL USO O NEGLIGENCIA POR PARTE DEL PERSONAL USUARIO DE LA UNIDAD MÉDICA DEL INSTITUTO EN DONDE SE ENCUENTRE UBICADO, Y QUE, EN CONSECUENCIA, NO APLICA LA REPARACIÓN DE GARANTÍA, LO CUAL DEBERÁ SER ACEPTADO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO O QUIÉN ESTE DESIGNE. EN CASO DE QUE EL PERITAJE TENGA ALGÚN COSTO, ESTE DEBERÁ SER PAGADO EN SU TOTALIDAD POR EL LICITANTE ADJUDICADO. AQUELLOS FENOMENOS NATUARLES O METEOROLOGICOS QUE PUDIERAN OCASIONAR ALGUN DAÑO PERMANENTE AL EQUIPO E IRREPARABLE NO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO Y DEBERÁ ESTAR AMPARADO POR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633061	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 2. INCISO I) EN SU CASO, MECANISMOS... DEFECTOS O VICIOS OCULTOS...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA EXTENDER EL PLAZO DE CANJE DE LOS BIENES DE 6 A 8 DÍAS HÁBILES, DEBIDO A QUE SE TRATA DE EQUIPOS DE ORIGEN DE IMPORTACIÓN ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL INCISO I) DEL ANEXO NO.4 (TÉRMINOS Y CONDICIONES)
633062	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 2. B) PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN	DADO QUE ESTAS PARTIDAS (PREI 11818 Y 11830) ESTABAN INCLUIDAS EN EL EL ESTUDIO DE MERCADO IM 061 , DONDE SE INDICABA UN TIEMPO DE ENTREGA DE 120 DÍAS Y VOLVIERON A SOLICITARSE EN EL ESTUDIO DE MERCADO IM128, ESTO DERIVÓ EN UN ATRASO EN LA PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES , SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES SOLICITADAS AMPLIÉ EL PLAZO DE ENTREGA A 100 DÍAS NATURALES. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO SERÁ ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 3.4 "REQUISITOS PARA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES", EN LA COLUMNA "DÍAS MÁXIMOS DE ENTREGA" PARA CADA PARTIDA, LOS CUALES SERÁN CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL ACTO DE FALLO
633063	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 2. I.) ESTABLECER LOS MECANISMOS DE COMPROBACIÓN...	DADO QUE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PERMITE AL ADMINISTRADOR DEL MISMO REALIZARLO A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DEL INSTITUTO Y EN AFÁN DE BENEFICIAR EN TIEMPO A LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DOCUMENTAL PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES; SOLICITAMOS QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, NOS PERMITAN ENTREGAR DE MANERA FÍSICA LA FACTURA, REMISIÓN Y ACTAS, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL RESTO DE DOCUMENTACIÓN SERÁ ENTREGADA DE MANERA DIGITAL EN USB CON SU RESPECTIVO ACUSE DE LO QUE CONTIENE LA MISMA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ESTARÁ SUJETA A LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA DESCRITA EN EL ANEXO 4 (TÉRMINOS Y CONDICIONES), INCISO L, Y DEMÁS APARTADOS APLICABLES DE LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
633076	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 11818 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN C	1.2.2 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 310KHU O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 300 KHU EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE VALOR ESTA DENTRO DE UN RANGO DE +/- 10% A LO SOLICITADO , ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL "1.2.2. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 310 KHU O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
633077	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 11818 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN C	1.4.3 TAMAÑO DE 26 CM. X 26 CM. (10" X 10") O MAYOR. PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR CON TAMAÑO DE 21 CM X 21 CM CON AREA ACTIVA DEL DETECTOR DE 20.7 CM X 20.7 CM. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.4.3 TAMAÑO DE 26 CM. X 26 CM. (10" X 10") O MAYOR."; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

antilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
res de en: No ificar	Valores de origen: No modificar	Valores de origen: No modificar	Valores de origen: No modificar	Valores de origen: No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
o de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
33078	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 11830 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCÓPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN C	1.2.2 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 310KHU O MAYOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 300 KHU EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE VALOR ESTA DENTRO DE UN RANGO DE +/- 10% A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL "1.2.2. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 310 KHU O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
33079	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 11830 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCÓPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN C	1.4.3 TAMAÑO DE 26 CM. X 26 CM. (10" X 10") O MAYOR PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR CON TAMAÑO DE 21 CM X 21 CM CON AREA ACTIVA DEL DETECTOR DE 20.7 CM X 20.7 CM, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.4.3 TAMAÑO DE 26 CM. X 26 CM. (10" X 10") O MAYOR."; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
33083	SIAI MEDICS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, NUMERAL 2.3	DICE: UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE UPS, DE AL MENOS 20 MINUTOS A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO Y EL EQUIPO DE CÓMPUTO. PREGUNTA: CONSIDERANDO QUE EL CONSUMO DE ENERGÍA DE UN EQUIPO DE RAYOS X, TELEMANDO, ES POR PULSOS O EVENTOS Y EL TIEMPO DE RESPALDO QUE PROPORCIONE EL UPS DEPENDERÁ DE LA CARGA QUE APLIQUEMOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL TIEMPO DE RESPALDO DE 20 MINUTOS DEBE CONSIDERARSE AL 100% DE LA CARGA O ESTÁN CONSIDERANDO UN PORCENTAJE DE CARGA MENOR. FAVOR DE ACLARAR.	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL "2.3 UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE UPS, DE AL MENOS 20 MINUTOS A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO Y EL EQUIPO DE CÓMPUTO (INCLUIR MARCA Y MODELO)"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
633084	SIAI MEDICS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, NUMERAL 2.3	PREGUNTA: LA CAPACIDAD DE RESPALDO DE UN SISTEMA UPS, DEPENDE DE LA CAPACIDAD QUE DEBEN TENER TODAS Y CADA UNA DE LAS BATERÍAS EN CUANTO A LA CANTIDAD DE CORRIENTE EN AMPERES QUE DEBE ENTREGAR LA BATERÍA DURANTE 20 MINUTOS. EL SIGUIENTE EJEMPLO ES SOLO PARA EJEMPLIFICAR EL CONCEPTO DEL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE LAS BATERÍAS: LA CORRIENTE DE DESCARGA MÁXIMA PARA UN UPS QUE SE CONFIGURE EN 80 KW, PUEDE DARSE EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: CON UN BUS DE CORRIENTE DIRECTA PARA 40 BATERÍAS DE 12 VOLTS. IMAX= 80,000/(40 X 10.5 X 0.94)= 203 AMPERES. POR LO QUE DEBE CONSIDERARSE UNA BATERÍA QUE DE FORMA VERIFICABLE PUEDA ENTREGAR 203 AMPERES A 20 MINUTOS PARA UNA DESCARGA FINAL DE 1.75 VPC EN RÉGIMEN DE 10 HR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL "2.3 UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE UPS, DE AL MENOS 20 MINUTOS A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO Y EL EQUIPO DE CÓMPUTO (INCLUIR MARCA Y MODELO)"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
633085	SIAI MEDICS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, NUMERAL 2.3	DICE: UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE UPS, DE AL MENOS 20 MINUTOS A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO Y EL EQUIPO DE CÓMPUTO. PREGUNTA: CONSIDERANDO QUE EL CONSUMO DE ENERGÍA DE UN EQUIPO DE RAYOS X, TELEMANDO, ES POR PULSOS O EVENTOS Y EL TIEMPO DE RESPALDO QUE PROPORCIONE EL UPS DEPENDERÁ DE LA CARGA QUE APLIQUEMOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, CUAL SERÁ EL PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR "EL TIEMPO DE RESPALDO DE 20 MINUTOS" AL MOMENTO DE LA ENTREGA, ES DECIR SI SE CONSIDERARÁ LA CARGA APLICADA AL 100%, SOLO SE MEDIRÁ EL TIEMPO DE PERIODOS DE EXPOSICIÓN, SE ELIMINARAN LOS TIEMPOS DE ESPERA ENTRE ESTUDIO Y ESTUDIO, TIEMPOS DE INGRESO DEL PACIENTE, TIEMPO DE SALIDA DEL PACIENTE. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA Y SE ACEPTA OFERTAR "UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE UPS, DE TIEMPO DE RESPALDO DE 20 MINUTOS PARA TODO EL EQUIPOS AL 100% DE LA CARGA ADICIONAL EL EQUIPO DE CÓMPUTO (INCLUIR MARCA Y MODELO)", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "2.3 UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE UPS, DE AL MENOS 20 MINUTOS A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO Y EL EQUIPO DE CÓMPUTO (INCLUIR MARCA Y MODELO)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
633113	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 11818 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MOVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN C	1.4.4 MATRIZ DE 1400 X 1400 PIXELES O MAYOR. PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MATRIZ DE 1344 X 1344 PIXELES, EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE VALOR ESTA DENTRO DE UN RANGO DE +/- 10% A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.4.4 MATRIZ DE 1400 X 1400 PIXELES O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

lantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
oras de gen, No dificar.	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (!%&#/)
O de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
533114	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 11830 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCÓPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN C	1.4.4 MATRIZ DE 1400 X 1400 PIXELES O MAYOR.PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MATRIZ DE 1344 X 1344 PIXELES, EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE VALOR ESTA DENTRO DE UN RANGO DE +/- 10% A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.4.4 MATRIZ DE 1400 X 1400 PIXELES O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
533134	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES	ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ANEXO NO. 4 DOCUMENTOS RELATIVOS AL NUMERAL 4.24.4 (TÉRMINOS Y CONDICIONES) C) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES. •CRITERIO PUNTOS Y PORCENTAJES: RUBRO: D. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. SUBRURO: D.1 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS DICE: ...CON DEPENDENCIAS Y/O INSTITUCIONES PÚBLICAS: ¿FIANZAS CANCELADAS. - SE DEBERÁ ACREDITAR MEDIANTE ESCRITO EMITIDO POR LA AFIANZADORA... PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PODRÁ PRESENTARSE ESRITO CON FORMATO PROPIO DE LA AFIANZADORA; ¿ES ESTO CORRECTO?	SE CONFIRMA QUE PODRÁ PRESENTARSE ESCRITO EN FORMATO LIBRE SIEMPRE, EL CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 4 (TÉRMINOS Y CONDICIONES), INCISO C), RÚBRO D, SUBRÚBRO D.1
533135	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NO. 11_DIRECTORIO	ANEXO NO. 11_DIRECTORIO PREGUNTA: FAVOR DE INCLUIR EN EL ANEXO NO. 11 LA LISTA DE CONTACTOS CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS 2 Y 3. ¿SE ACEPTA?	NO SE PUEDEN PROPORCIONAR DICHOS DATOS, LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS SE DEBERÁN PONER EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES QUIENES COADYUVARÁN EN LA ENTREGA CON EL PERSONAL QUE CORRESPONDA DE CADA UNIDAD MÉDICA.
533136	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 3.4. REQUISITOS PARA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES	ANEXO 3.4. REQUISITOS PARA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES DICE: DÍAS MÁXIMOS DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA UNA AMPLIACIÓN EN EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES A 120 DÍAS NATURALES; ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO SERÁ ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 3.4 "REQUISITOS PARA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES", EN LA COLUMNA "DÍAS MÁXIMOS DE ENTREGA" PARA CADA PARTIDA.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
633138	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES	ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO NO. 4 DOCUMENTOS RELATIVOS AL NUMERAL 4.24.4 (TÉRMINOS Y CONDICIONES) C) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES. CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES A TRAVÉS DEL MECANISMO PUNTOS O PORCENTAJES. EVALUACIÓN TÉCNICO-MÉDICA. DICE: 5.SE COMPROBARÁ LA CONGRUENCIA DE LA MARCA(S), MODELO(S) (DENOMINACIÓN DISTINTIVA) Y FABRICANTE(S) ENTRE LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE, INDICADA EN EL "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS" (ANEXO NO. 4.1) CON LOS REGISTROS SANITARIOS, POR LO QUE NO SE CONSIDERARA AL REGISTRO SANITARIO, COMO MEDIO DE COTEJO PARA ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, EN EL ENTENDIDO QUE EL REGISTRO SANITARIO ES EL ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL LA SECRETARÍA DE SALUD AUTORIZA LA ELABORACIÓN, VENTA, SUMINISTRO AL PÚBLICO, EL USO O DISPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS O EQUIPOS, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS QUE LO REQUIERAN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE SALUD, EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE CONTROL SANITARIO DE ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS, LAS NORMAS TÉCNICAS Y LA NORMA CORRESPONDIENTE PREGUNTA: DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN ESTE NUMERAL ENTENDEMOS QUE PARA EVALUAR LA DESCRIPCIÓN	SE REITERA QUE EL REGISTRO SANITARIO NO SE CONSIDERA COMO MEDIO DE COTEJO PARA ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, TODA VEZ QUE LA FINALIDAD DEL REGISTRO SANITARIO NO ES DESCRIBIR DETALLADAMENTE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN QUE AVALA, LAS CUALES DEBERÁN ESTAR CONTENIDAS EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGO, FOTOGRAFÍAS, MANUALES, ENTRE OTROS, AL NO SER ESA SU FINALIDAD.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
alores de rigen, No odificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633139	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES	ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ANEXO NO. 4 DOCUMENTOS RELATIVOS AL NUMERAL 4.24.4 (TÉRMINOS Y CONDICIONES) C) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES. •CRITERIO PUNTOS Y PORCENTAJES: RUBRO: D. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. SUBRURO: D.1 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS DICE: ...CON DEPENDENCIAS Y/O INSTITUCIONES PÚBLICAS: ¿COMPROBANTES DE ENTREGA PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PODRÁN PRESENTARSE ACTAS CICUNSTANCIADAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA ACREDITAR ESTE PUNTO; ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO "C) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES" DEL ANEXO NO. 2 (TÉRMINOS Y CONDICIONES), ESPECIFICAMENTE EN EL SUBRIBRO D1. LOS LICITANTES PODRÁN ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS CON INSTITUCIONES PRIVADAS MEDIANTE COMPROBANTES DE ENTREGA, LOS CUALES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU DENOMINACIÓN, DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN DICHO SUBRUBRO, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES: DESCRIPCIÓN CLARA Y DETALLADA DE LOS BIENES ENTREGADOS DIRECCIÓN O LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES. FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES. RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN O NOMBRE COMPLETO (PARA EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS) DE LA CONTRATANTE O COMPRADOR DE LOS BIENES. FIRMA(S) AUTÓGRAFA DE LA(S) PERSONA(S) QUE RECIBE.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (!$%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
633140	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES	ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ANEXO NO. 4 DOCUMENTOS RELATIVOS AL NUMERAL 4.24.4 (TÉRMINOS Y CONDICIONES) E) FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. DICE: PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE LOS BIENES Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL, SE REQUIERE QUE EL LICITANTE PRESENTE ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERÁN CORRESPONDER, CON LA(S) MARCA(S) Y MODELO(S) Y/O NÚMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NÚMERO(S) DE CATÁLOGO(S) Y CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NO. 4.1 "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS" PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN DE ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA TÉCNICA PARA EFECTO DE COTEJO Y VERIFICACIÓN DE LAS "ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS" SON LOS AQUI MENCIONADOS, ES DECIR, ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE LOS BIENES Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL, SE REQUIERE QUE EL LICITANTE PRESENTE ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERÁN CORRESPONDER, CON LA(S) MARCA(S) Y MODELO(S) Y/O NÚMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NÚMERO(S) DE CATÁLOGO(S) Y CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NO. 4.1 "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", TAL DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER COMPLETA Y, DEBERÁ PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, EN ESTE SENTIDO, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV DE LA LAASSP, SE MANIFIESTA QUE EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES. ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS QUE NO SE ENCUENTREN EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS QUE NO PUEDAN SER PLENAMENTE IDENTIFICADOS EN DICHA DOCUMENTACIÓN SIEMPRE QUE SE COMPRUEBE QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFÍA CON EL BIEN OFERTADO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

lantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
lores de gen, No odificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
D de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633141	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES	ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ANEXO NO. 4 DOCUMENTOS RELATIVOS AL NUMERAL 4.24.4 (TÉRMINOS Y CONDICIONES) E) FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. DICE: 7.EN LOS CASOS EN QUE SE HAYA REQUERIDO REGISTRO SANITARIO PARA LA PARTIDA EN LA QUE PARTICIPA EL LICITANTE, ESTO ES, PARA LAS CLAVES IDENTIFICADAS CON LA LEYENDA DE "SI REQ." (SI REQUIERE) EN LA COLUMNA DENOMINADA "REGISTRO SANITARIO" DEL ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS DE LOS BIENES", SE CORROBORARÁ LA CONGRUENCIA ENTRE EL PAÍS DE ORIGEN DEL(LOS) BIEN(ES) CON BASE EN EL DOMICILIO DEL(LOS) FABRICANTE(S) QUE INDIQUE(N) EL(LOS) REGISTRO(S) SANITARIO(S) PRESENTADOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL INCISO D)... PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE ENTREGARÁ COPIA DEL REGISTRO SANITARIO PARA AQUELLAS PARTIDAS IDENTIFICADAS COMO "SÍ REQ." (SÍ REQUIERE) EN LA COLUMNA "REGISTRO SANITARIO" DEL ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS DE LOS BIENES", SE DEBERÁ INTEGRAR EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE AL MOMENTO DE PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL PRESENTE ANEXO 4. TÉRMINOS Y CONDICIONES, INCISO D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE NO HARÁ COTEJO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS REGISTROS SANITARIOS, TODA VEZ QUE LO QUE SE VERIFICA EN LOS REGISTROS SANITARIOS ES: NÚMERO DE REGISTRO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN, TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, NOMBE Y DOMICLIO DEL FABRICANTE, INDICACIONES DE USO Y/O DESCRIPCIÓN, MARCA, MODELOS, FECHA DE VENCIMIENTO Y EMISIÓN (VIGENCIA) Y NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO QUE AVALA DICHO REGISTRO.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (§%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
633142	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES	ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ANEXO NO. 4 DOCUMENTOS RELATIVOS AL NUMERAL 4.24.4 (TÉRMINOS Y CONDICIONES) E) FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS DOCUMENTOS QUE EL INSTITUTO REQUIERE Y UTILIZARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE LOS BIENES Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL, SON LOS ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO. SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE LOS BIENES Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL, SE REQUIERE QUE EL LICITANTE PRESENTE ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERÁN CORRESPONDER, CON LA(S) MARCA(S) Y MODELO(S) Y/O NÚMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NÚMERO(S) DE CATÁLOGO(S) Y CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NO. 4.1 "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", TAL DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER COMPLETA Y, DEBERÁ PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, EN ESTE SENTIDO, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV DE LA LAASSP, SE MANIFIESTA QUE EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES. ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS QUE NO SE ENCUENTREN EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS QUE NO PUEDAN SER PLENAMENTE IDENTIFICADOS EN DICHA DOCUMENTACIÓN SIEMPRE QUE SE COMPRUEBE QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFÍA CON EL BIEN OFERTADO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

antilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
ras de en: No ificar	Valores de origen: No modificar	Valores de origen: No modificar	Valores de origen: No modificar	Valores de origen: No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
33143	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES	ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ANEXO NO. 4 DOCUMENTOS RELATIVOS AL NUMERAL 4.24.4 (TÉRMINOS Y CONDICIONES) D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR PREGUNTA: LOS REGISTROS SANITARIOS QUE EMITE COFEPRIS TIENEN COMO OBJETIVO PRINCIPAL PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEXICANA AL GARANTIZAR QUE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE SE COMERCIALIZAN EN EL PAÍS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD, EFICACIA Y CALIDAD ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACIÓN SANITARIA, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE EN ESTE DOCUMENTO SE VERIFICARÁ LOS SIGUIENTES PUNTOS: NÚMERO DE REGISTRO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN., TITULAR DEL REGISTRO. NOMBRE Y DOMICILIO DEL FABRICANTE. INDICACIONES DE USO Y/O DESCRIPCIÓN. MODELO(S). FECHA DE EMISIÓN Y DE VENCIMIENTO. NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA EMITE; POR LO QUE LOS DOCUMENTOS PARA COTEJO Y VERIFICACIÓN DE LAS "ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS" DEL ANEXO TÉCNICO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA SERÁN LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES TÉCNICOS DEL FABRICANTE; ¿ES ESTO CORRECTO?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE LOS BIENES Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL, SE REQUIERE QUE EL LICITANTE PRESENTE ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERAN CORRESPONDER, CON LA(S) MARCA(S) Y MODELO(S) Y/O NÚMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NÚMERO(S) DE CATÁLOGO(S) Y CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NO. 4.1 "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", TAL DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER COMPLETA Y, DEBERÁ PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, EN ESTE SENTIDO, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV DE LA LAASSP, SE MANIFIESTA QUE EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES. ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS QUE NO SE ENCUENTREN EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS QUE NO PUEDAN SER PLENAMENTE IDENTIFICADOS EN DICHA DOCUMENTACIÓN SIEMPRE QUE SE COMPRUEBE QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFÍA CON EL BIEN OFERTADO.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
633146	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA NUMERAL 1.6.	CONVOCATORIA NUMERAL 1.6 IDIOMA EN CASO DE ANEXAR FOLLETOS Y/O ANEXOS TÉCNICOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, ASÍ COMO AQUELLOS OTROS DOCUMENTOS QUE PRESENTE EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA, TALES COMO CERTIFICADOS Y CARTAS DEL FABRICANTE EN OTRO IDIOMA, PODRÁN PRESENTARSE EN EL IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN, ACOMPAÑADOS DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN CASO DE DEMOSTRAR O REFERENCIAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN MANUAL DE OPERACIÓN O CATÁLOGOS DEL FABRICANTE, ESTOS DEBERÁN DE CORRESPONDER AL MISMO MODELO A OFERTAR, EN CASO CONTRARIO SERÍA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, YA QUE SE PODRÍA DAR EL CASO DE REFERENCIAR EN MODELOS SIMILARES. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE COMPROBARÁ LA CONGRUENCIA DE LA(S) MARCA(S), MODELO(S) Y FABRICANTE(S) DEL BIEN, ACCESORIO Y/O CONSUMIBLE OFERTADO, EN LA "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS" (ANEXO NO. 4.1) Y LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL INCISO D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR, CONTENIDO EN LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES; ASÍ COMO PARA EL INCISO E) "NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA), NORMA INTERNACIONAL, NORMA DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES" DEL ANEXO NO. 3 "DOCUMENTOS RELATIVOS AL NUMERAL 4.24.3 (ANEXO TÉCNICO)".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633147	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NO. 3 DOCUMENTOS RELATIVOS AL NUMERAL 4.24.3 (ANEXO TÉCNICO) INCISO C)	ANEXO NO. 3 DOCUMENTOS RELATIVOS AL NUMERAL 4.24.3 (ANEXO TÉCNICO) INCISO C) C) MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ALGÚN BIEN QUE NO SE ENCUENTRE REGULADO POR EL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD EXPEDIDO POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL.. EN ESTE APARTADO LA CONVOCANTE INDICA LO SIGUIENTE: "LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN LAS CÉDULAS DE EQUIPO MÉDICO CONSIDERARÁN LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES MÁS SOBRESALIENTES, ESTABLECIENDO MÍNIMOS DE SEGURIDAD EN LOS INSUMOS QUE ASÍ LO REQUIERAN. CUANDO LAS CÉDULAS DESCRIPTIVAS CONTENGAN MÁS DE UNA OPCIÓN DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES DE UN INSUMO, LAS INSTITUCIONES DE SALUD DETERMINARÁN LAS OPCIONES DE ACUERDO CON SUS REQUERIMIENTOS DE ATENCIÓN" "POR LO TANTO, EN LAS CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DEL INSTITUTO, SE AMPLÍA LA DESCRIPCIÓN POR BIEN ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD EXPEDIDO POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL Y LISTADOS INSTITUCIONALES DE INSUMOS PARA LA SALUD (ANTES CUADROS BÁSICOS) DEL INSTITUTO." 1) SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA	LOS BIENES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRAN REGULADOS POR EL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD, CABE HACER MENCIÓN QUE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA: VIERNES 30 DE JUNIO DE 2023, SE PUBLICÓ EL "ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD." NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EN EL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD INDICA EN SU ARTÍCULO 39. LAS DESCRIPCIONES DE LAS CÉDULAS DE EQUIPO MÉDICO CON FINES DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO, CONSIDERARÁN LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES MÁS SOBRESALIENTES, ESTABLECIENDO MÍNIMOS DE SEGURIDAD EN LOS INSUMOS QUE ASÍ LO REQUIERAN. CUANDO LAS CÉDULAS DESCRIPTIVAS CONTENGAN MÁS DE UNA OPCIÓN DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES DE UN INSUMO, LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD DETERMINARÁN LAS OPCIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTES DE ACUERDO CON SUS REQUERIMIENTOS DE ATENCIÓN. LAS CEDULAS PUBLICADAS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONSIDERADAS NECESARIAS PARA OTORGAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE DESTINO FINAL DE DICHOS BIENES.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
633148	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NO. 3 DOCUMENTOS RELATIVOS AL NUMERAL 4.24.3 (ANEXO TÉCNICO) INCISO D)	ANEXO NO. 3 DOCUMENTOS RELATIVOS AL NUMERAL 4.24.3 (ANEXO TÉCNICO) INCISO D) ACLARACIÓN: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE, AGREGAR COMO ANEXO AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL DOCUMENTO DENOMINADO "'DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", DEBIDO A QUE, EN LA CONVOCATORIA Y LOS ANEXOS DE LA MISMA, NO SE ENCUENTRA DICHO DOCUMENTO. LO ANTERIOR PARA QUE LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO CONTEMOS CON LA CERTEZA RESPECTO A QUE EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA DICTAMINAR Y JUSTIFICAR DICHAS MODIFICACIONES DEBE FUNDAR Y MOTIVAR ADECUADA Y SUFICIENTEMENTE LAS MISMAS. SE ESTIMA QUE ALGUNAS MODIFICACIONES TÉCNICAS HECHAS A LAS CEDULAS EN ESTE PROCEDIMIENTO SON LIMITANTES DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y FAVORECEN A UNA CASA COMERCIAL EN ESPECÍFICO, Y POR ENDE A UNA MARCA DETERMINADA LO CUAL ES MOTIVO DE INCONFORMIDAD. LOS REQUISITOS A LOS CUALES NOS REFERIMOS, SON LOS SIGUIENTES: PARTIDA 1 NUMERAL 1.10.1 CON ALTURA AJUSTABLE DE 55 CM O MENOR	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIONES SOLICITADA EN EL ANEXO 3.1. CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
lores de gen. No odificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633149	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.1. CEDULAS PARTIDA 1	CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) ANEXO NO. 3.1. CEDULAS PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO NUMERAL 1.10.1. CON ALTURA AJUSTABLE DE 55 CM O MENOR HASTA 130 CM O MAYOR. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, QUE, SE PERMITA OFERTAR UNA ALTURA AJUSTABLE DE 76 CM O MENOR HASTA 100 CM O MAYOR, ¿SE ACEPTA? LO ANTERIOR, SE SOLICITA A EFECTO DE QUE LA CONVOCANTE NO LIMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA FAVORECE SOLO A UNA CASA COMERCIAL, TRANSGREDIENDO LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 26, PÁRRAFO SEXTO, DE LA LAASSP. LA ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD DE MI REPRESENTADA, DE QUE SE PERMITA ACEPTAR OFERTAR UNA ALTURA AJUSTABLE DE 76 CM O MENOR HASTA 100 CM O MAYOR, PROPICIARÁ LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA QUE CONSIDERA EL RANGO DE ALTURA QUE MANEJA LA MAYORÍA DE LAS CASAS COMERCIALES, POR SER PERFECTAMENTE FUNCIONAL TANTO EN LOS RUBROS DE CALIDAD DIAGNOSTICA COMO EN EL DE PRODUCTIVIDAD.	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIONES SOLICITADA EN EL ANEXO 3.1. CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
633150	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.1 CÉDULAS PARTIDA 1;PUNTO 2.1.3.3	ANEXO NO. 3.1 CÉDULAS PARTIDA 1;PUNTO 2.1.3.3 ENTENDEMOS QUE PARA EL PUNTO 2.1.3.3. "14 BITS O MAYOR", SE PODRA REFERENCIAR COMO 14 BITS O MAYOR O 16 MILLONES DE COLORES O MAYOR., TAL Y COMO SE SOLICITA EN EL PUNTO 1.1.1.3 DE LA MISMA PARTIDA, YA QUE AMBOS PUNTOS HACEN REFERENCIA A UNA CARACTERÍSTICA DE MONITORES. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA REFERENCIAR "16 MILLONES DE COLORES O MAYOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "2.1.3.3. 14 BITS O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
633151	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.1 CÉDULAS_ PARTIDA 1; PUNTO 2.2	ANEXO NO. 3.1 CÉDULAS_ PARTIDA 1; PUNTO 2.2 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INYECTOR DUAL CON BOMBEO DE MEDIO DE CONTRASTE POR MEDIO DE BOMBA DE RODILLOS Y CALENTADOR INTEGRADO DE MEDIO DE CONTRASTE PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE EVITANDO DESPERDICIO DE MEDIOS DE CONTRASTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "INYECTOR CON BOMBEO DE MEDIO DE CONTRASTE POR MEDIO DE BOMBA DE RODILLOS Y CALENTADOR INTEGRADO DE MEDIO DE CONTRASTE (INCLUIR MARCA Y MODELO). (SE REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO)", COMO OPCION PARA EL NUMERAL, "2.2 INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE DE AL MENOS UN DEPOSITO O AL MENOS UNA JERINGA. (INCLUIR MARCA Y MODELO).", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL, ACCESORIO O CONSUMIBLE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LA INSTALACION U OPERACION, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTANDO LA DOCUMENTACION TECNICA, LEGAL Y DEMAS, ENTRE ELLO LO SOLICITADO EN EL INCISO D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA; LA CUAL QUEDARA SUJETA A LA EVALAUCION TECNICA CORRESPONDIENTE."
633152	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.1 CÉDULAS PARTIDA 1; PUNTO 3.2	ANEXO NO. 3.1 CÉDULAS PARTIDA 1, PUNTO 3.2 PREGUNTA: PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCION DE MEDIO DE CONTRASTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOS CONSUMIBLES COMPATIBLES CON EL MODELO DEL INYECTOR OFERTARDO; (TUBO DE LA BOMBA PARA USO DE 24 HORAS CON TRES PUNTAS, TUBO DE PACIENTE DE 250CM DE LARGO CON DOS VALVULAS PARA SU USO EN EL EQUIPO, AMBOS CONSUMIBLES CUENTAN CON REGISTRO SANITARIO). ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA REFERENCIAR "CONSUMIBLES APROPIADOS PARA EL USO DEL INYECTOR OFERTADO CUMPLIENDO CON LAS CANTIDADES SOLICITADAS (100), TUBO DE LA BOMBA PARA USO DE 24 HORAS CON TRES PUNTAS, TUBO DE PACIENTE DE 250CM DE LARGO CON DOS VALVULAS PARA SU USO EN EL EQUIPO ", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "3.2 JERINGAS Y/O CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, ACORDE A LA TECNOLOGÍA OFERTADA, PARA EL INYECTOR DUAL DE MEDIO DE CONTRASTE, CON AL MENOS 100", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

antilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
ras de en: No dificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
o de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
33153	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.1 CÉDULAS PARTIDA 1: PUNTO 2.3	ANEXO NO. 3.1 CÉDULAS PARTIDA 1: PUNTO 2.3 PREGUNTA: OFERTAR 20 MINUTOS DE RESPALDO IMPLICA LA UTILIZACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE BANCOS DE BATERÍAS, CON SU RESPECTIVO ESPACIO FÍSICO Y UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN EL COSTO DE LOS EQUIPOS, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UPS DE AL MENOS 5 MINUTOS CON CARGA COMPLETA PARA TODO EL EQUIPOS. LO ANTERIOR CONSIDERANDO QUE EL UPS NO ESTÁ DISEÑADO PARA MANTENER UNA OPERACIÓN CONTINUA LUEGO DE UN CORTE DE ENERGÍA SINO PARA PROTEGER A LOS EQUIPOS DE PICOS DE VOLTAJE, QUE PODRÍAN DAÑARLOS. EL RESPALDO DE 5 MINUTOS SOLICITADO PERMITE AL USUARIO CONCLUIR EL ESTUDIO, PROTEGER LA INTEGRIDAD DEL PACIENTE Y TENER TIEMPO PARA GUARDAR INFORMACIÓN MIENTRAS SE RESTABLECE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "2.3. "UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE UPS DE AL MENOS 20 MINUTOS A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO Y EL EQUIPO DE CÓMPUTO. (INCLUIR MARCA Y MODELO)"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633154	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.1. CEDULAS PARTIDA 2	CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) ANEXO NO. 3.1. CEDULAS PARTIDA 2. RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN C. NUMERAL 1.2.2. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 310 KHU O MAYOR NUMERAL 1.3.1 DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE), SID DE 100 CM O MENOR SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE, QUE, SE PERMITA OFERTAR LO SIGUIENTE: NUMERAL 1.2.2. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 300 KHU O MAYOR NUMERAL 1.3.1 DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE), SID DE 100 CM O MAYOR", ¿SE ACEPTA? LO ANTERIOR, SE SOLICITA A EFECTO DE QUE LA CONVOCANTE NO LIMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVORECEN SOLO A UNA CASA COMERCIAL, TRANSGREDIENDO LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 26 PARRAFO SEXTO, DE LA LAASSP. CABE DESTACAR QUE CON ESA NUEVA ESPECIFICACIÓN NO SE	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIONES SOLICITADA EN EL ANEXO 3.1. CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
alores de igen. No odificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (\$%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633155	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.1. CEDULAS PARTIDA 3	CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN). ANEXO NO. 3.1. CÉDULAS PARTIDA 3. UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN C. NUMERAL 1.2.2. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 319 KHU O MAYOR NUMERAL 1.3.1. DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE), SID DE 100 CM O MENOR. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, QUE SE PERMITA OFERTAR LO SIGUIENTE: NUMERAL 1.2.2. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 300 KHU O MAYOR NUMERAL 1.3.1. DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE). SID DE 100 CM O MAYOR, ¿SE ACEPTA? LO ANTERIOR, SE SOLICITA A EFECTO DE QUE LA CONVOCANTE NO LIMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA FAVORECE SOLO A UNA CASA COMERCIAL, TRANSGREDIENDO LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 26 PÁRRAFO SEXTO, DE LA LAASSP. CABE DESTACAR QUE CON ESA NUEVA ESPECIFICACIÓN NO SE	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCIONES SOLICITADA EN EL ANEXO 3.1. CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
633156	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.1. CEDULAS PARTIDA 2 TODOS LOS PUNTOS	ANEXO NO. 3.1. CEDULAS PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C", TODOS LOS PUNTOS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR ESPECIFICACIONES SUPERIORES A LO SOLICITADO, NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTO?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE "LAS CARACTERISTICAS SUPERIORES" QUE PRETENDE OFERTAR NI A QUE ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDE. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE.
633157	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.1. CEDULAS PARTIDA 2 NUMERAL 1.10.3.	ANEXO NO. 3.1. CEDULAS PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C" NUMERAL 1.10.3 CON UNIDAD DE GRABACIÓN CD-RO DVD O USB. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN CASO DE OFERTAR UN CD-R O DVD O USB CUALQUIERA DE ESTOS DEBERÁN ESTAR INTEGRADOS EN EL EQUIPO O ALA CONSOLA MÓVIL. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO. SE ACEPTA OFERTAR "UNIDAD DE CD-R O DVD O USB CUALQUIERA DE ESTOS DEBERÁN ESTAR INTEGRADOS EN EL EQUIPO O ALA CONSOLA MÓVIL", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.7.3 CON UNIDAD DE GRABACIÓN CD-RO DVD O USB", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
633158	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.1. CEDULAS PARTIDA 2 NUMERAL 3.2	ANEXO NO. 3.1. CEDULAS PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C", NUMERAL 3.2. CUBIERTAS ESTERILIZABLES PARA TUBO Y ARCO 100 PIEZAS. PREGUNTA: POR TEMAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DEL PACIENTE, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR FUNDAS ESTÉRILES DESECHABLES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "FUNDAS ESTERILES DESECHABLES 100 PIEZAS", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "3.2 CUBIERTAS ESTERILIZABLES PARA TUBO Y ARCO 1000 PIEZAS.", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
lores de igen, No odificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633159	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.1. CEDULAS PARTIDA 2 TODOS LOS PUNTOS	ANEXO NO. 3.1. CEDULAS PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL AVANZADO, TIPO ARCO EN "C", TODOS LOS PUNTOS. PREGUNTA: POR CUESTIONES DE REFERENCIACIÓN, SOLICITAMOS SE PERMITA MARCAR DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA QUE MANEJE CADA CASA COMERCIAL, ¿SE ACEPTA?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE "LAS CARACTERISTICAS O LAS NOMENCLATURAS" QUE PRETENDE OFERTAR NI A QUE ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDE. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE.
633160	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.1. CEDULAS PARTIDA 3 TODOS LOS PUNTOS	ANEXO NO. 3.1. CEDULAS PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C", TODOS LOS PUNTOS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR ESPECIFICACIONES SUPERIORES A LO SOLICITADO, NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTO?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE "LAS CARACTERISTICAS SUPERIORES" QUE PRETENDE OFERTAR NI A QUE ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDE. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE.
633161	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.1. CEDULAS PARTIDA 3 NUMERAL: 1.7.3.	ANEXO NO. 3.1. CEDULAS PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C", NUMERAL: 1.7.3 CON UNIDAD DE GRABACIÓN CD-RO DVD O USB. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN CASO DE OFERTAR UN CD-R O DVD O USB CUALQUIERA DE ESTOS DEBERÁN ESTAR INTEGRADOS EN EL EQUIPO O ALA CONSOLA MÓVIL. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO. SE ACEPTA OFERTAR "UNIDAD DE CD-R O DVD O USB CUALQUIERA DE ESTOS DEBERÁN ESTAR INTEGRADOS EN EL EQUIPO O ALA CONSOLA MÓVIL", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.7.3 CON UNIDAD DE GRABACIÓN CD-RO DVD O USB", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
633162	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.1. CEDULAS PARTIDA 3 NUMERAL 3.2	ANEXO NO. 3.1. CEDULAS PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C", NUMERAL: 3.2 CUBIERTAS ESTERILIZABLES PARA TUBO Y ARCO 100 PIEZAS. PREGUNTA: POR TEMAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DEL PACIENTE, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR FUNDAS ESTÉRILES DESECHABLES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "FUNDAS ESTERILES DESECHABLES 50 PIEZAS",-COMO OPCION PARA EL NUMERAL "3.2 CUBIERTAS ESTERILIZABLES PARA TUBO Y ARCO 50 PIEZAS.", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
633163	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.1. CEDULAS PARTIDA 3 TODOS LOS PUNTOS	ANEXO NO. 3.1. CEDULAS PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C", TODOS LOS PUNTOS PREGUNTA: POR CUESTIONES DE REFERENCIACIÓN, SOLICITAMOS SE PERMITA MARCAR DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA QUE MANEJE CADA CASA COMERCIAL; ¿SE ACEPTA?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE "LAS CARACTERISTICAS O LAS NOMENCLATURAS" QUE PRETENDE OFERTAR NI A QUE ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDE. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE.
633325	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	TÉCNICO	PTOS Y P...- C1. EXPERIENCIA.-C2.- ESPECIALIDAD Y D1.- CUMPLIMIENTO DE CTOS	PARA EL CASO DE EXPERIENCIA EL MÁXIMO DE AÑOS ES DE 5 Y SEÑALA EN LA NOTA: SOLO SE CONTABILIZARAN LOS AÑOS DE CONTRATOS QUE HAYAN SIDO CONSIDERADOS EN EL SUBRUBRO DE ESPECIALIDAD. CUANDO EN DICHO SUBRUBRO REFIERE QUE EL MÁXIMO DE CONTRATOS A PRESENTAR DEBEN DE SER 3, SITUACIÓN QUE MOTIVARÍA QUE NECESARIAMENTE SE PRESENTE CONTRATOS PLURIANUALES PARA ALCANZAR EL PUNTAJE MÁXIMO DE EXPERIENCIA, SIENDO ÉSTE UN REQUISITO QUE BENIFICIARIA A CIERTOS LICITANTES, LIMITANDO LA PARTICIPACIÓN DE MI REPRESENTADA Y DE LA GRAN MAYORIA DE LICITANTES. POR LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 29 FRACC. V Y ANTE PENÚLTIMO PARRADO DE LA LAASSP Y 40 ÚLTIMO PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, SE SOLICITA QUE LA EXPERIENCIA DE 3 AÑOS SIRVA PARA ALCANZAR EL PUNTAJE MÁXIMO EN DICHO RUBRO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SIN EMBARGO SE CLARA, QUE NO ES LIMITATIVO SOLO ENTREGAR 3 CONTRATOS PARA EL SUBRUBRO DE ESPECIALIDAD, POR LO QUE, SI BIEN EN DICHO SUBRUBRO CON TRES CONTRATOS SE ACREDITARÁ EL MÁXIMO PUNTAJE, PODRÁ ENTREGAR UN MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS, SIENDO EL ÚNICO REQUISITO QUE EL OBJETO DEL CONTRATO ACREDITE EL SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y/O VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PARTIDA OFERTADA.
633340	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	TÉCNICO	PTOS Y P...- C1. EXPERIENCIA.-C2.- ESPECIALIDAD Y D1.- CUMPLIMIENTO DE CTOS	DEBIDO A QUE LA EVALUACIÓN DE LOS 3 RUBROS VAN RELACIONADOS, BASTARÁ CON QUE SOLO SE PRESENTEN UNA SOLA VEZ LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO SIEMPRE Y CUANDO SE ESPECIFIQUE QUE PARTIDAS APLICA CADA CONTRATO, EL NO ESPECIFICAR LA PARTIDA PARA LA CUAL APLICA, SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (S%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633380	MARO HEALTH SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	RUBRO D, SUBRUBRO D.1	RUBRO D, SUBRUBRO D.1, DE LOS CRITERIOS DE PUNTOS Y PORCENTAJES DEL ANEXO "TÉRMINOS Y CONDICIONES" SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CELEBRADOS CON INSTITUCIONES PRIVADAS MEDIANTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL O COMPROBANTE DE ENTREGA O CARTA CUMPLIMIENTO QUE ESPECIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE LA CONTRATANTE. ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO "C) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES", DEL ANEXO NO. 2 (TÉRMINOS Y CONDICIONES), ESPECIFICAMENTE EN EL SUBRIBRO D1. LOS LICITANTES PODRÁN ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS CON INSTITUCIONES PRIVADAS MEDIANTE COMPROBANTES DE ENTREGAN, LOS CAULES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU DENOMINACIÓN, DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN DICHO SUBRUBRO, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES: DESCRIPCIÓN CLARA Y DETALLADA DE LOS BIENES ENTREGADOS. DIRECCIÓN O LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES. FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES. RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN O NOMBRE COMPLETO (PARA EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS) DE LA CONTRATANTE O COMPRADOR DE LOS BIENES. FIRMA(S) AUTÓGRAFA DE LA(S) PERSONA(S) QUE RECIBE.
633381	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES "EVALUACIÓN TÉCNICO-MEDICO"	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ANEXO NO. 1 "ANEXO TÉCNICO" PRESENTA UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL ENCABEZADO DEL DOCUMENTO EL CUAL DICE ANEXO NO. 3 COMO SE INDICAN EN APARTADO "EVALUACIÓN TÉCNICO-MEDICO", ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
633382	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES "EVALUACIÓN TÉCNICO-MEDICO"	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ANEXO NO. 2 ANEXO "TERMINOS Y CONDICIONES" PRESENTA UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL ENCABEZADO DEL DOCUMENTO EL CUAL DICE ANEXO NO. 4 COMO SE INDICAN EN APARTADO "EVALUACIÓN TÉCNICO-MEDICO" ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
633383	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES INCISO D)	ANEXO DOS TERMINOS Y CONDICIONES INCISO D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR UNICAMENTE LAS PAGINAS DONDE SE REFERENCIEN LOS ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES DENTRO DEL D.O.F CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LA REVISION DE LA DOCUMENTACION. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE ACORDE A LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN ESPECIFICO EL ANEXO DOS. TÉRMINOS Y CONDICIONES, LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATOARIA ASI COMO TODOS SUS ANEXOS, DEBERA SER COMPLETA Y, EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL DEBERA PRESENTAR LA TRADUCCION SIMPLE AL ESPAÑOL, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCION PODRÁ CONTENER UNICAMENTE LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES. ASIMISMO, TODA DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA ESTAR VIGENTE AL MOMENTO DE PRESENTARLA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
633384	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PARTIDA 1 NUMERAL 1.2	CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PARTIDA 1 NUMERAL 1.2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL GENERADOR DE RAYOS X CUENTE CON UNA FRECUENCIA DE 400 KHZ QUE ES DECISIVA PARA LA CALIDAD DEL HAZ Y PARA REDUCIR LA DOSIS, ADEMÁS DE CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN DE LA AMPOLLA, AUMENTANDO SU VIDA ÚTIL TODO ESTO EN BENEFICIO DE LA UNIDAD COMPRADORA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA OFERTAR LA CARACTERÍSTICA CONSISTENTE EN "GENERADOR DE RAYOS X CUENTE CON UNA FRECUENCIA DE 400 KHZ" PARA EL NUMERAL 1.2. GENERADOR DE RAYOS "X" DE ALTA FRECUENCIA (DESDE 25 KHZ O MAYOR) DE LA PARTIDA 1, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
633385	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PARTIDA 1 NUMERAL 1.7.2	CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PARTIDA 1 NUMERAL 1.7.2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN ESTE REQUERIMIENTO SE CONTEMPLE QUE EL EQUIPO CUENTE CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 800.000 HU COMO MÍNIMO DEBIDO A QUE ESTO PERMITE QUE EL EQUIPO PUEDA UTILIZARSE PARA UN ALTO FLUJO DE TRABAJO DE FLUOROSCOPIA SIN NECESIDAD DE INTERRUMPIR LA JORNADA DE ESTUDIOS DEBIDO A SOBRE CALENTAMIENTO Y LOS 600,000 HU SOLICITADOS SON INSUFICIENTES PARA GARANTIZAR QUE NO OCURRA UN SOBRECALENTAMIENTO EN EL TUBO QUE TERMINE AFECTANDO A USUARIOS Y PACIENTES, EL CONTAR CON TUBO DE 800,000 HU SE TRADUCE EN BENEFICIO DE LA UNIDAD COMPRADORA, USUARIOS Y PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE SU REPRESENTANTE OFERTE LA CARACTERÍSTICA CONSISTENTE EN "CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 800.000 HU COMO MÍNIMO" PARA EL NUMERAL 1.7.2 "CAPACIDAD CALORÍFICA 600,000 HU O MAYOR" PARA LA PARTIDA 1, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO"

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

antilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
ras de en. No ificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (%&#/)
o de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
33386	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PARTIDA 1 NUMERAL 1.9	CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PARTIDA 1 NUMERAL 1.9 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA DISTANCIA DEL DETECTOR DE FOCO O SID VARIABLE CONTINUO O MOTORIZADO DESDE 110 CM O MENOS HASTA 180 CM PARA LA REALIZACIÓN, SIN LIMITACIONES, DE EXÁMENES DE TÓRAX QUE REQUIERAN UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 180 CM PARA EVITAR MAGNIFICACIONES DEL ÁREA CARDÍACA Y TAMBIÉN PANORAMICAS DE COLUMNA Y MIEMBROS INFERIORES (HUESOS LARGOS - LLI), PARA EVITAR LA APARICIÓN DE ARTEFACTOS PROVOCADOS POR EL EFECTO PARALLAX ENTENDIENDO QUE CON ESO SE CUBRE TODOS LOS POSICIONAMIENTOS DE RADIOLOGÍA GENERAL Y FLUOROSCOPIA SIN LIMITANTES POR LO CUAL EL EQUIPO PUEDE REALIZAR TODOS LOS ESTUDIOS A LOS QUE VA DESTINADO, ESTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, USUARIOS Y PACIENTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN 1.9. DISTANCIA FOCO-DETECTOR O SID VARIABLE-CONTINUO O MOTORIZADO DESDE 115 CM O MENOR HASTA 150 CM O MAYOR."; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
33387	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PARTIDA 1 NUMERAL 2.1	CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PARTIDA 1 NUMERAL 2.1 ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE DEBEN MENCIONAR LA MARCA Y EL MODELO DE LA ESTACION DE POSTPROCESO OFERTADA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION.

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
633397	EUREKA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO PARTIDA 1 NÚMERAL 2.2.1	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO PARTIDA 1 NÚMERAL 2.2.1 CON PROGRAMACIÓN DE COLÚMENES, FLUJOS Y ALTA PRESIÓN DE INYECCIÓN ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR UN RANGO DE AL MENOS 1,200 PSI SE CUBRE EL PARÁMETRO DE ALTA PRESIÓN SOLICITADO POR LA CONVOCANTE?	SE ACEPTA OFERTAR "INYECTOR DUAL DE MEDIO DE CONTRASTE DE ALTA PRESIÓN DE 1,200 PSI, INTERFASADO O SINCRONIZADO AL EQUIPO (INCLUIR MARCA Y MODELO), (SE REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO)", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "2.2. INYECTOR DUAL DE MEDIO DE CONTRASTE DE ALTA PRESIÓN, INTERFASADO O SINCRONIZADO AL EQUIPO (INCLUIR MARCA Y MODELO), (SE REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO)", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
633398	EUREKA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES, 4.24.4 INCISO D, CÉDULA DE DESCRIPCIÓN PARTIDA 1	ANEXO TERMINOS Y CONDICIONES, DOCUMENTOS RELATIVOS AL NUMERAL 4.24.4, INCISO D CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, PARTIDA 1 UNIDAD RADIOLOGICA 3.3. PIEZAS DE 300 CD Y/O DVD. DERIVADO DE LA CARACTERISTICA DE ESTOS PRODUCTOS ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD NI REGISTRO SANITARIO, UNICAMENTE EL CATÁLOGO REFERENCIADO DEL BIEN?	ES CORRECTO ENTENDER NO PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD DEL NUMERAL 3.3. PIEZAS DE 300 CD Y/O DVD, DE LA CEDULA DE ARTICULO, EL RESTO DE LAS CARACTERISTICAS DE ENUNCIADAS DE LOS NUMERALES SI REQUEIRE PRESENTAR CETIFICADOS DE CALIDAD .
633399	EUREKA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, PARTIDA 2 NÚMERAL 1.4.2	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, PARTIDA 2 NÚMERAL 1.4.2 ADQUISICIÓN O PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 16 BITS O MAYOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "DETECTOR PLANO, CONVERSIÓN ANALÓGICA/DIGITAL DE 16 BITS", DADO QUE LA PROFUNDIDAD DE IMAGEN SE REFIERE A LA CANTIDAD DE BITS DE INFORMACIÓN NECESARIOS PARA GUARDAR INFORMACIÓN EN UN PÍXEL EN UNA IMAGEN DIGITAL Y LA CONVERSIÓN ANALÓGICA/DIGITAL DEL DETECTOR CORRESPONDE A LA ETAPA DE ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN. SE ACEPTA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA PROPIA DEL	SE ACEPTA OFERTAR "DETECTOR PLANO, CONVERSIÓN ANALÓGICA/DIGITAL DE 16 BITS", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.4.2 ADQUISICIÓN O PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 16 BITS O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633400	EUREKA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, PARTIDA 2 NÚMERAL 1.4.6	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, PARTIDA 2 NÚMERAL 1.4.6 DQE DE 72% O MAYOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, Y CON EL OBJETIVO MEJORAR LA OFERTA TECNOLÓGICA, QUE EL DQE SEA DE 77% O MAYOR. ESTA CARACTERÍSTICA CORRESPONDE AL RENDIMIENTO O EFICIENCIA CUÁNTICA DEL DETECTOR, PERMITIENDO TRABAJAR A MENOR DOSIS A MEDIDA QUE EL DQE SEA MAYOR. PODER TRABAJAR A MENOR DOSIS TAMBIÉN SIGNIFICA DEPENDER MENOS DE ELEVAR LA POTENCIA AL TUBO DE RAYOS X, EVITANDO SOBRE CALENTAMIENTO, MÁS TIEMPO DISPONIBLE DE DISPARO Y MAYOR TIEMPO DE VIDA DEL TUBO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA OFERTAR "DQE DE 77% O MAYOR ", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "NÚMERAL 1.4.6 DQE DE 72% O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
633401	EUREKA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, PARIDA 2 NÚMERAL 1.10.4	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, PARIDA 2 NÚMERAL 1.10.4 INTERFASE DE RED DE ETHERNET 100/1000 BASE T. ENTENDEMOS QUE SE SOLICITA UNA INTERFAZ DE RED DE VELOCIDAD MÍNIMA 1000 BASE T LA CUAL ES COMPATIBLE CON INTERFASES DE MENOR VELOCIDAD COMO LA 100 BASE T O 10 BASE T, Y NO LA COMPATIBILIDAD CON UNA U OTRA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA OFERTAR " INTERFASE DE RED DE ETHERNET 100 O 1000 BASE T", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.10.4 INTERFASE DE RED DE ETHERNET 100/1000 BASE T.", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
633402	EUREKA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, PARTIDA 2 NÚMERAL 3.1	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, PARTIDA 2 NÚMERAL 3.1 DVD 100 PIEZAS Y/O USB 50 PIEZAS DE 8GB O MAYOR DERIVADO DE LA CARACTERISTICA DE ESTOS PRODUCTOS ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD NI REGISTRO SANITARIO, UNICAMENTE EL CATÁLOGO REFERENCIADO DEL BIEN?	ES CORRECTO ENTENDER NO PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD DEL NUMERAL 3.1. DVD 100 PIEZAS Y/O USB 50 PIEZAS DE 8 GB O MAYOR, DE LA CEDULA DE ARTICULO, EL RESTO DE LAS CARACTERISTICAS DE ENUNCIADAS DE LOS NUMERALES SI REQUEIRE PRESENTAR CETIFICADOS DE CALIDAD.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
633403	EUREKA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, PARTIDA 3 NÚMERAL 1.4.2	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, PARTIDA 3 NÚMERAL 1.4.2 ADQUISICIÓN O PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 16 BITS O MAYOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "DETECTOR PLANO, CONVERSIÓN ANALÓGICA/DIGITAL DE 16 BITS", DADO QUE LA PROFUNDIDAD DE IMAGEN SE REFIERE A LA CANTIDAD DE BITS DE INFORMACIÓN NECESARIOS PARA GUARDAR INFORMACIÓN EN UN PÍXEL EN UNA IMAGEN DIGITAL Y LA CONVERSIÓN ANALÓGICA/DIGITAL DEL DETECTOR CORRESPONDE A LA ETAPA DE ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN. ¿SE ACEPTA OFERTAR ESTA ARACTERÍSTICA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO POR PARTE DE LA CONVOCANTE?	SE ACEPTA OFERTAR "DETECTOR PLANO, CONVERSIÓN ANALÓGICA/DIGITAL DE 16 BITS", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.4.2 ADQUISICIÓN O PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 16 BITS O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
633404	EUREKA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, PARTIDA 3 NÚMERAL 1.4.6	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, PARTIDA 3 NÚMERAL 1.4.6 DQE DE 72% O MAYOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, Y CON EL OBJETIVO MEJORAR LA OFERTA TECNOLÓGICA, QUE EL DQE SEA DE 77% O MAYOR. ESTA CARACTERÍSTICA CORRESPONDE AL RENDIMIENTO O EFICIENCIA CUÁNTICA DEL DETECTOR, PERMITIENDO TRABAJAR A MENOR DOSIS A MEDIDA QUE EL DQE SEA MAYOR. PODER TRABAJAR A MENOR DOSIS TAMBIÉN SIGNIFICA DEPENDER MENOS DE ELEVAR LA POTENCIA AL TUBO DE RAYOS X, EVITANDO SOBRE CALENTAMIENTO, MÁS TIEMPO DISPONIBLE DE DISPARO Y MAYOR TIEMPO DE VIDA DEL TUBO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA OFERTAR "DQE DE 77% O MAYOR ", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "NÚMERAL 1.4.6 DQE DE 72% O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

antilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
res de en. No ificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (%&#/)
o de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
33405	EUREKA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, PARTIDA 3 NÚMERAL 1.5.1	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, PARTIDA 3 NÚMERAL 1.5.1 ADQUISICIÓN O ALMACENAMIENTO DE 25 IMÁGENES O FRAMES O CUADROS O PULSOS/SEGUNDO O MAYOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "VELOCIDAD DE ALMACENAMIENTO. LAS IMÁGENES SE ALMACENAN CON UNA VELOCIDAD DE ALMACENAMIENTO IGUAL A LA VELOCIDAD DE IMPULSOS", "VELOCIDAD DE ALMACENAMIENTO MÁXIMA: MÁXIMO DE 30 IMÁGENES/S" ¿E ACEPTA OFERTAR ESTA ARACTERÍSTICA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO POR PARTE DE LA CONVOCANTE?	SE ACEPTA OFERTAR "VELOCIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS IMÁGENES MÁXIMO DE 30 IMÁGENES/S" O MAYOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.5.1. ADQUISICIÓN O ALMACENAMIENTO DE 25 IMÁGENES O FRAMES O CUADROS O PULSOS/SEGUNDO O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
33406	EUREKA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, PARIDA 3 NÚMERAL 1.7.4	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, PARIDA 3 NÚMERAL 1.7.4 INTERFASE DE RED DE ETHERNET 100/1000 BASE T. ENTENDEMOS QUE SE SOLICITA UNA INTERFAZ DE RED DE VELOCIDAD MÍNIMA 1000 BASE T LA CUAL ES COMPATIBLE CON INTERFASES DE MENOR VELOCIDAD COMO LA 100 BASE T O 10 BASE T, Y NO LA COMPATIBILIDAD CON UNA U OTRA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA OFERTAR " INTERFASE DE RED DE ETHERNET 100 O 1000 BASE T", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.10.4 INTERFASE DE RED DE ETHERNET 100/1000 BASE T.", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
33407	EUREKA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, PARTIDA 2 NÚMERAL 3.1	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO, PARTIDA 2 NÚMERAL 3.1 DVD 100 PIEZAS Y/O USB 50 PIEZAS DE 8GB O MAYOR DERIVADO DE LA CARACTERISTICA DE ESTOS PRODUCTOS ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD NI REGISTRO SANITARIO, UNICAMENTE EL CATÁLOGO REFERENCIADO DEL BIEN?	ES CORRECTO ENTENDER NO PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD DEL NUMERAL 3.1. DVD 100 PIEZAS Y/O USB 50 PIEZAS DE 8 GB O MAYOR, DE LA CEDULA DE ARTICULO, EL RESTO DE LAS CARACTERISTICAS DE ENUNCIADAS DE LOS NUMERALES SI REQUEIRE PRESENTAR CETIFICADOS DE CALIDAD.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (!%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
633408	EUREKA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	3.3 VISITA A INSTALACIONES DEL IMSS PARTIDA 1 UNIDAD RADIOLOGICA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA INDICAR LAS UNIDADES MEDICAS QUE CUENTAN CON EQUIPO INSTALADO Y/O LAS QUE NO CUENTAN CON EQUIPO. FAVOR DE CONFIRMAR	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES EL DE CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO.
633409	EUREKA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	3.3 VISITA A INSTALACIONES DEL IMSS PARTIDA 1 UNIDAD RADIOLOGICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LAS UNIDADES MEDICAS EN DONDE EXISTA EQUIPO INSTALADO NOS PUEDA INDICAR SI YA CUENTAN CON LOS LUGARES Y/O AREAS DESIGNADAS EN DONDE SERA EL RESGUARDO DE LOS MISMOS. FAVOR DE CONFIRMAR	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES EL DE CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633410	EUREKA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	3.3 VISITA A INSTALACIONES DEL IMSS PARTIDA 1 UNIDAD RADIOLOGICA	EL BIEN O BIENES QUE SEAN DESINSTALADOS Y EMBALADOS POR EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, PARA SU SUSTITUCIÓN, DEBERÁN QUEDARA RESGUARDO DE LA UNIDAD MÉDICA, UBICÁNDOLOS EN EL ESPACIO QUE EL PERSONAL DE LA UNIDAD MÉDICA LE INDIQUE AL LICITANTE ADJUDICADO. ADICIONALMENTE, EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ DESINSTALAR Y EMBALAR LOS BIENES DE MANERA ADECUADA, EVITANDO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE SU MALTRATO Y/O DESTRUCCION. ES CORRECTO ENTENDER QUE TANTO EL AREA Y LOS EQUIPOS A DESINSTALAR ESTARAN DISPONIBLES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO. FAVOR DE CONFIRMAR	SE ACLARA A LA LICITANTE QUE, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL OBJETIVO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES ES EL DE CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS MECÁNICAS, ASÍ COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO LAS ADECUACIONES QUE SE PUDIERAN REQUERIR PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, DENTRO DE SU PROPUESTA. ADICIONALMENTE, NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODAS AQUELLAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, INCLUYENDO EQUIPO ACCESORIO O ADICIONAL QUE PERMITA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN Y QUE DEBERÁ SER IDENTIFICADO Y CONSIDERADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTARÁN A CARGO DE ESTE, HAYA O NO REALIZADO VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, QUIEN SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE CON LA DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE DEL BIEN ANTERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTÉ ADJUDICADO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, NECESARIOS Y DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN DEL BIEN ASÍ COMO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN COSTO EXTRA ALGUNO PARA EL INSTITUTO, EL LICITANTE ADJUDICADO NO PODRÁ ARGUMENTAR DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE NO PROCEDERÁ COSTO EXTRA ALGUNO A CARGO DEL INSTITUTO.
633411	EUREKA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES, NUMERAL 4.24.4, INCISO L	ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES DOCUMENTOS RELATIVOS AL NUMERAL 4.24.4, INCISO L SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS COMPARTA DIRECTORIO ACTUALIZADO Y VIGENTE QUE INCLUYA CORREO ELECTRONICO/TELEFONO POR UNIDAD DE LOS INGENIEROS BIOMEDICOS DELEGACIONALES PARA PODER COORDINAR LA ENTREGA - RECEPCION DE LOS EQUUIPOS. FAVOR DE CONSIDERAR	NO SE PUEDEN PROPORCIONAR DICHOS DATOS YA QUE, PARA COORDINAR Y AGILIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS SE DEBERÁN PONER EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES QUIENES COADYUVARÁN EN LA ENTREGA CON EL PERSONAL QUE CORRESPONDA DE CADA UNIDAD MÉDICA.
633428	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S A P I DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 3.6 PROPOSICIONES CONJUNTAS	CON LA FINALIDAD DE CONJUNTAR LOS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE ENTIENDE QUE LAS PARTES PODRÁN PRESENTAR CONTRATOS DE FORMA INDIVIDUAL COMPLEMENTÁNDOSE PARA CUBRIR EL PERÍODO DEL 2019 AL 2023 PARA SATISFACER LAS CONDICIONES SOLICITADAS POR PARTE DE LA CONVOCATORIA EN LOS RUBROS DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD ¿ES CORRECTO?	EN EL CASO DE PARTICIPACIONES CONJUNTAS LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL 3.6 DE LA CONVOCATORIA, DEBIENDO ESTABLECER CON CLARIDAD LOS ALCANCES DE LA PARTICIPACIÓN DE CADA PERSONA (FÍSICA O MORAL)

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN: Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633433	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S A P I DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO "TERMINOS Y CONDICIONES" INCISO J)	ES CORRECTO ENTEDER QUE PARA PRESENTAR LA CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES, SUS ACCESORIOS Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, SE DEBERÁ UTILIZAR EL ANEXO 4.9. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECICIÓN. FAVOR DE ATENDER LA CARTA COMPROMISO CONFORME AL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAIOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA" PARA LA ADECUADA INSTALACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO QUE GARANTICE SU CORRECTO Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y EN SU CASO, DE CONFORMIDAD CON LO ESPECIFICADO INCISO "F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARÁN O COLOCARÁN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS, EN SU CASO."
633434	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.10.1. PREGUNTA: DEBEMOS ENTEDER QUE SE DEBE OFERTAR EQUIPO CON ALTURA AJUSTABLE DE 62 CM O MENOR HASTA 142 CM O MAYOR, LO CUAL NO LIMITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL ""1.10.1. CON ALTURA AJUSTABLE DE 55 CM O MENOR HASTA 130 CM O MAYOR", DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
633435	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.10.4.2. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON FLEXIBILIDAD EN LA EXPOSICIÓN, DEBEMOS ENTEDER QUE SE DEBE OFERTAR EQUIPO CON RANGO DE MOVIMENTO TRANSVERSAL O LATERAL DE +/-16 CM ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "TRANSVERSAL O LATERAL DE +/- 16 CM", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.10 4.2. TRANSVERSAL O LATERAL", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
633436	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO. PUNTO 1.13.6.. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LA IMAGEN DIAGNOSTICA DEBEMOS ENTEDER QUE SE PODRA OFERTAR EQUIPO CON DQE DE 65% A 0.05 LP/MM, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN "1.13.6 DQE DE 78% O MAYOR Y 3.5 LP/MM O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
633437	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.14.1. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE DELIMITAR EL AREA DE INTERES DEBEMOS ENTEDER QUE SE PODRA OFERATR EQUIPO CON COLIMACIÓN AUTOMATICA O MANUAL CON INDICADORES LUMINOSOS. ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN "1.1.4.1. SISTEMA PARA EL POSICIONAMIENTO Y CENTRADO DEL PACIENTE SIN RADIACIÓN"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
alores de rigen. No odificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633438	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C".	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.1. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA MAYOR EFICIENCIA PRODUCIENDO MENOS CALOR,DISMINUIR ARTEFACTOS EN LA IMAGEN, SOICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON ARQUITECTURA MONOBLOQUE CON EL TRANSFORMADOR DE ALTA TENSION EN EL TANQUE DE RAYOS X, OPERANDO A ALTAS FRECUENCIAS DE 80 KHZ O MAYOR ¿ SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA DE 80KHZ O MAYOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.1. GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA DE 40KHZ O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
633439	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C".	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.1.2. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE HACEN REFERENCIA A LA TENSIÓN NOMINAL DEL TUBO DE RAYOS X DEBERA SER DE 120 KV, ASI COMO EL RANGO DE KV EN FLUOROSCOPIA Y EN ESPOSICIÓN UNICA DEBERA SER DE 40 KV A 120 KV. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECICIÓN. SE ACEPTA OFERTAR "TENSIÓN NOMINAL DEL TUBO DE RAYOS X DE 120 KV, ASI FLUOROSCOPIA EN ESPOSICIÓN UNICA DEBERA SER DEL RANGO 40 KV A 120 KV ", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.1.2. RANGO DE VOLTAJE DE 40 A 120 KV O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
633440	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C".	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.1.3. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON RANGO DE MA A ELEGIR DE: 0.5 MA A 60 MA CON ANCHO DE PULSO DE 3 MS A 85 MS OBTENIENDO IMÁGENES EXTRA NÍTIDAS, EL CUAL PERMITE CUBRIR A TODO TIPO DE PACIENTES. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA OFERTAR "RANGO DE CORRIENTE EN FLUOROSCOPÍA PULSADA O FLUOROSCOPÍA CONTINÚA DE 0.5 MA. O MENOR A 60 MA O MAYOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.1.3. RANGO DE CORRIENTE EN FLUOROSCOPÍA PULSADA O FLUOROSCOPÍA CONTINÚA DE 3 MA. O MENOR A 60 MA O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
633441	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C".	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.1.4. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE MAYOR EFICIENCIA EN LA EXPOSICÓN Y PROTECION RADIOLOGICA, DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERA INCLUIR RANGO DE MA PICO DE 2.5 MA A 60 MA EN MODALIDAD POTENCIA NORMAL Y RANGO DE 5 MA A 125 MA EN ALTA POTENCIA. SELECCIONABLE. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECICIÓN. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.1.4 CORRIENTE DE RADIOGRAFÍA DIGITAL O IMAGEN ÚNICA DE 75 MA. O MAYOR "; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
633442	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C".	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.2.3. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LA DISIPACIÓN DE CALOR, EFICIENCIA EN LA DOSIS Y LA CALIDAD DE LA IMAGEN,DBEMOS ENTEDER QUE EL EQUIPO DEBERA INCLUIR ÁNODO ROTATORIO CON VELOCIDAD DE POR LO MENOS 3000 RPM Y ANGULO OBJETIVO DE 10° ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA OFERTAR "ÁNODO GIRATORIO O ROTATORIO DE 3,000 RPM", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.2.3. ÁNODO GIRATORIO O ROTATORIO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
633443	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C".	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.3.1. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LA DOSIS, SIN SACRIFICAR LA CALIDAD DE IMAGEN EN NITIDEZ SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON SID (DISTANCIA FUENTE A IMAGEN), DE 99.3 CM O 100 CM. EL PERMITIR SID MAYORES IMPLICA AUMENTAR LA POTENCIA DE DISPARO (AUMENTANDO EL CALOR Y RADIACIÓN DISPERSA). ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE), SID DE 99.3 CM A O 100 CM. O MENOR ". COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.3.1. DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE), SID DE 100 CM. O MENOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS
633444	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C".	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.3.2. PREGUNTA: CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON MAYOR GRADO DE LIBERTAD DEBEMOS ENTEDER QUE SE DEBERA OFERTAR EQUIPO CON MOVIMIENTO DE ROTACIÓN DE +/- 200° Y DE ANGULACIÓN DE 140°. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ESCORRECTA SU APRECICION. SE ACEPTA OFERTAR "ROTACIÓN O ANGULACIÓN DE +/-200 GRADOS O MAYOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.3.2. ROTACIÓN O ANGULACIÓN DE +/-180 GRADOS O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

lantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
lores de gen, No odificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
D de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633445	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C".	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.3.3. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE SE PODRA OFERTAR EQUIPO CON MOVIMIENTO LONGITUDINAL O RECORRIDO HORIZONTAL DE 200 MM, ¿ES CORRECTO?	NO ESCORRECTA SU APRECICION. SE ACEPTA OFERTAR "RECORRIDO HORIZONTAL 200 MM", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.3.3. RECORRIDO HORIZONTAL", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS
633446	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C".	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.3.4. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE SE PODRA OFERTAR EQUIPO CON MOVIMIENTO DE ALTURA MOTORIZADO O RECORRIDO VERTICAL DE 490 MM, ¿ES CORRECTO?	NO ESCORRECTA SU APRECICION. SE ACEPTA OFERTAR " RECORRIDO VERTICAL 490 MM", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.3.4. RECORRIDO VERTICAL", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
633447	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C".	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.3.5. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE SE PODRA OFERTAR EQUIPO CON MOVIMIENTO PANORAMICO DE +/- 10° ¿ES CORRECTO?	NO ESCORRECTA SU APRECICION. SE ACEPTA OFERTAR "MOVIMIENTO PANORÁMICO +/- 10° O LATERAL O ÁNGULO DE GIRO U OSCILACIÓN O PANEO", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.3.5. MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL O ÁNGULO DE GIRO U OSCILACIÓN O PANEO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
633448	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C".	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.4.1. PREGUNTA: DEBEMOS ENTEDER QUE EL EQUIPO DEBERA INCLUIR DETECTOR PLANO, DE MATERIAL SIICON TRIXELL AMORFO, CON MATRIZ DE 1560 X 1424 PIXELES, TAMAÑO DE PIXEL DE 184 MICRAS, TODO ESTO CON EL FINALIDAD DE POTECIALIZARR LA CALIDAD DE IMAGEN ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.4.1DE SILICON AMORFO (A-SI) O IODURO DE CESIO (CSI) O CMOS.", DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633449	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C".	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.4.4. PREGUNTA: DEBEMOS ENTEDER QUE EL EQUIPO DEBERA INCLUIR DETECTOR PLANO, CON MATRIZ DE 1560 X 1424 PIXELES, TODO ESTO CON EL FINALIDAD DE POTECIALIZAR LA CALIDAD DE IMAGEN ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE ACEPTA OFERTAR "MATRIZ DE 1560 X 1424 PIXELES", COMO OPCION PAR EL NUMERAL "1.4.4. MATRIZ DE 1400 X 1400 PIXELES O MAYOR.", SIN SER OBLIGATORIA PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES HACERLO DE ESTA MANERA. SE REITERA A LA LICITANTE QUE PODRÀN OFERTAR BIENES CON CARACTEISTICAS QUE COMPRENDAN O SUPEREN LAS MINIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACION QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE.
633450	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C".	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.4.6. PREGUNTA: DEBEMOS ENTEDER QUE EL EQUIPO DEBERA INCLUIR DETECTOR PLANO, DQE DE 70 %, TODO ESTO CON EL FINALIDAD DE POTECIALIZAR LA CALIDAD DE IMAGEN ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.4.6. DQE DE 70% O MAYOR O 2.4 LP/MM. O MAYOR.", DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
633451	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C".	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.6.2. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERA INCLUIR UNA CONSOLA DE CONTROL MOVIL O ESTACIÓN DE VISUALIZACIÓN ASÍ COMO DEBERA INCLUIR INTERFAZ DE USUARIO MEDIANTE PANTALLA TACTIL DE 15" EN EL ESTATIVO DEL ARCO EN C, CON LA FINALIDAD DE CONFIGURAR UN EXAMEN, VISUALIZAR, PROCESAR , EXPORTAR, VISUALIZAR MOVIMIENTOS DEL BRAZO EN C ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.6.2. CONSOLA DE CONTROL MOVIL." Y SUS SUBNUMERALES, DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
633452	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C".	PARTIDA 2 RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL AVANZADO TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.9. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR EL FLUJO DE TRABAJO Y NO SATURAR LA MEMORIA DEBIDO A LAS VELOCIDADES DE ADQUISICIÓN (DE 30 CUADROS POR SEGUNDO), EL EQUIPO DEBERÁ INCLUIR CON CAPACIADAD DE ALMACENAMIENTO MAYOR A 120,000 IMÁGENES, ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA OFERTAR PARA EL NUMERAL "CAPACIADAD DE ALMACENAMIENTO MAYOR A 120,000 IMAGENES", COMO OPCION PAR EL NUMERAL "1.9. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 40,000 IMÁGENES O MAYOR O 500 GB O MAYOR.", SIN SER OBLIGATORIA PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES HACERLO DE ESTA MANERA. SE REITERA A LA LICITANTE QUE PODRÀN OFERTAR BIENES CON CARACTEISTICAS QUE COMPRENDAN O SUPEREN LAS MINIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACION QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE.}

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

lantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
lores de gen, No odificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (\$%&#/)
D de la.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633453	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C".	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.1. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA MAYOR EFICIENCIA PRODUCIENDO MENOS CALOR,DISMINUIR ARTEFACTOS EN LA IMAGEN, SOICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON ARQUITECTURA MONOBLOQUE CON EL TRANSFORMADOR DE ALTA TENSION EN EL TANQUE DE RAYOS X, OPERANDO A ALTAS FRECUENCIAS DE 80 KHZ O MAYOR ¿ SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA DE 80KHZ O MAYOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.1. GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA DE 40KHZ O MAYOR". SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
633454	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.1.2. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE HACEN REFERENCIA A LA TENSIÓN NOMINAL DEL TUBO DE RAYOS X DEBERA SER DE 120 KV, ASI COMO EL RANGO DE KV EN FLUOROSCOPIA Y EN ESPOSICIÓN UNICA DEBERA SER DE 40 KV A 120 KV. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIÓN. SE ACEPTA OFERTAR "TENSIÓN NOMINAL DEL TUBO DE RAYOS X DE 120 KV, ASI FLUOROSCOPIA EN ESPOSICIÓN UNICA DEBERA SER DEL RANGO 40 KV A 120 KV " COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.1.2. RANGO DE VOLTAJE DE 40 A 120 KV O MAYOR". SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
633455	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C".	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.1.3. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON RANGO DE MA A ELEGIR DE: 0.5 MA A 60 MA CON ANCHO DE PULSO DE 3 MS A 85 MS OBTENIENDO IMÁGENES EXTRA NÍTIDAS, EL CUAL PERMITE CUBRIR A TODO TIPO DE PACIENTES. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA OFERTAR "RANGO DE CORRIENTE EN FLUOROSCOPÍA PULSADA O FLUOROSCOPÍA CONTINÚA DE 0.5 MA. O MENOR A 60 MA O MAYOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.1.3. RANGO DE CORRIENTE EN FLUOROSCOPÍA PULSADA O FLUOROSCOPÍA CONTINÚA DE 3 MA. O MENOR A 60 MA O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
633456	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.1.4. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE MAYOR EFICIENCIA EN LA EXPOSICÓN Y PROTECION RADIOLOGICA, DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERA INCLUIR RANGO DE MA PICO DE 2.5 MA A 60 MA EN MODALIDAD POTENCIA NORMAL Y RANGO DE 5 MA A 125 MA EN ALTA POTENCIA. SELECCIONABLE. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIÓN. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.1.4 CORRIENTE DE RADIOGRAFÍA DIGITAL O IMAGEN ÚNICA DE 75 MA. O MAYOR "; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
633457	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.2.3. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LA DISIPACIÓN DE CALOR, EFICIENCIA EN LA DOSIS Y LA CALIDAD DE LA IMAGEN,DBEMOS ENTEDER QUE EL EQUIPO DEBERA INCLUIR ÁNODO ROTATORIO CON VELOCIDAD DE POR LO MENOS 3000 RPM Y ANGULO OBJETIVO DE 10° ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA OFERTAR "ÁNODO GIRATORIO O ROTATORIO DE 3,000 RPM", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.2.3. ÁNODO GIRATORIO O ROTATORIO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
633458	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.3.1. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LA DOSIS, SIN SACRIFICAR LA CALIDAD DE IMAGEN EN NITIDEZ SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON SID (DISTANCIA FUENTE A IMAGEN), DE 99.3 CM O 100 CM. EL PERMITIR SID MAYORES IMPLICA AUMENTAR LA POTENCIA DE DISPARO (AUMENTANDO EL CALOR Y RADIACIÓN DISPERSA). ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE), SID DE 99.3 CM A O 100 CM. O MENOR ", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.3.1. DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE), SID DE 100 CM. O MENOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS
633459	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C""	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"". PUNTO 1.3.2.. PREGUNTA: CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON MAYOR GRADO DE LIBERTAD DEBEMOS ENTEDER QUE SE DEBERA OFERTAR EQUIPO CON MOVIMIENTO DE ROTACIÓN DE +/- 200° Y DE ANGULACIÓN DE 140°. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ESCORRECTA SU APRECICION. SE ACEPTA OFERTAR "ROTACIÓN O ANGULACIÓN DE +/-200 GRADOS O MAYOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.3.2. ROTACIÓN O ANGULACIÓN DE +/-180 GRADOS O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
633460	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.3.3. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE SE PODRA OFERTAR EQUIPO CON MOVIMIENTO LONGITUDINAL O RECORRIDO HORIZONTAL DE 200 MM, ¿ES CORRECTO?	NO ESCORRECTA SU APRECICION. SE ACEPTA OFERTAR "RECORRIDO HORIZONTAL 200 MM", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.3.3. RECORRIDO HORIZONTAL", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Completar únicamente la columna F	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (\$%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
633461	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.3.4. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE SE PODRA OFERTAR EQUIPO CON MOVIMIENTO DE ALTURA MOTORIZADO O RECORRIDO VERTICAL DE 490 MM, ¿ES CORRECTO?	NO ESCORRECTA SU APRECICION. SE ACEPTA OFERTAR " RECORRIDO VERTICAL 490 MM", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.3.4. RECORRIDO VERTICAL", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
633462	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.3.5. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE SE PODRA OFERTAR EQUIPO CON MOVIMIENTO PANORAMICO DE +/- 10° ¿ES CORRECTO?	NO ESCORRECTA SU APRECICION. SE ACEPTA OFERTAR "MOVIMIENTO PANORÁMICO +/- 10° O LATERAL O ÁNGULO DE GIRO U OSCILACIÓN O PANEO", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.3.5. MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL O ÁNGULO DE GIRO U OSCILACIÓN O PANEO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
633463	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.4.1. PREGUNTA: DEBEMOS ENTEDER QUE EL EQUIPO DEBERA INCLUIR DETECTOR PLANO, DE MATERIAL SIICON TRIXELL AMORFO, TODO ESTO CON EL FINALIDAD DE POTECIALIZARR LA CALIDAD DE IMAGEN ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.4.1 DE SILICON AMORFO (A-SI) O IODURO DE CESIO (CSI) O CMOS.", DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
633464	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C". PUNTO 1.4.4. PREGUNTA: DEBEMOS ENTEDER QUE EL EQUIPO DEBERA INCLUIR DETECTOR PLANO, CON MATRIZ DE 1560 X 1424 PIXELES, TODO ESTO CON EL FINALIDAD DE POTECIALIZAR LA CALIDAD DE IMAGEN ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE ACEPTA OFERTAR "MATRIZ DE 1560 X 1424 PIXELES", COMO OPCION PAR EL NUMERAL "1.4.4. MATRIZ DE 1400 X 1400 PIXELES O MAYOR.", SIN SER OBLIGATORIA PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES HACERLO DE ESTA MANERA. SE REITERA A LA LICITANTE QUE PODRÁN OFERTAR BIENES CON CARACTEISTICAS QUE COMPRENDAN O SUPEREN LAS MINIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACION QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
633465	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"". PUNTO 1.4.6. PREGUNTA: DEBEMOS ENTEDER QUE EL EQUIPO DEBERA INCLUIR DETECTOR PLANO, DQE DE 70 % O MAYOR, TODO ESTO CON EL FINALIDAD DE POTECIALIZAR LA CALIDAD DE IMAGEN ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.4.6. DQE DE 70% O MAYOR O 2.4 LP/MM. O MAYOR.", DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
633466	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"". PUNTO 1.7. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERA INCLUIR UNA CONSOLA DE CONTROL MOVIL O ESTACIÓN DE VISUALIZACIÓN ASÍ COMO DEBERA INCLUIR INTERFAZ DE USUARIO MEDIANTE PANTALLA TACTIL DE 15" EN EL ESTATIVO DEL ARCO EN C, CON LA FINALIDAD DE CONFIGURAR UN EXAMEN, VISUALIZAR, PROCESAR , EXPORTAR, VISUALIZAR MOVIMIENTOS DEL BRAZO EN C ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.7 CONSOLA DE CONTROL MOVIL." Y SUS SUBNÚMERALES, DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
633467	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"	PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"". PUNTO 1.6. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR EL FLUJO DE TRABAJO Y NO SATURAR LA MEMORIA DEBIDO A LAS VELOCIDADES DE ADQUISICIÓN (DE 30 CUADROS POR SEGUNDO), EL EQUIPO DEBERÁ INCLUIR CON CAPACIADAD DE ALMACENAMIENTO MAYOR A 120,000 IMÁGENES, ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA OFERTAR PARA EL NUMERAL "CAPACIADAD DE ALMACENAMIENTO MAYOR A 120,000 IMAGENES", COMO OPCION PAR EL NUMERAL "1.6. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 40,000 IMÁGENES O MAYOR O 500 GB O MAYOR.", SIN SER OBLIGATORIA PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES HACERLO DE ESTA MANERA. SE REITERA A LA LICITANTE QUE PODRÀN OFERTAR BIENES CON CARACTEISTICAS QUE COMPRENDAN O SUPEREN LAS MINIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACION QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE.}
633468	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO DOS. INCISO J) GARANTÍAS DE ANTICIPOS....	ANEXO DOS. TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO J) GARANTIAS DE ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE BIENES, CALIDAD DE SERVICIOS Y DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, QUE EN SU CASO APLIQUEN, LAS CUALES DEBEN INDICAR, SEGÚN SEA EL CASO. ENTENDEMOS QUE LO DESCRITO EN ESTE INCISO Y SUS SUBNUMERALES ES SOLO INFORMATIVO Y DEBERÁ ENTREGARSE POR EL LICITANTE ÚNICAMENTE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APREACIÓN, TODA VEZ QUE, SI BIE N SE ESTABLECEN, EN EL INCISO J) DEL ANEXO NO.4 (TÉRMINOS Y CONDICIONES), OBLIGACIONES PARA LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS, TAMBIÉN SE ESTABLECEN OBLIGACIONES Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN INTEGRAR LOS LICITANTES A SU PROPUESTA.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633469	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO DOS INCISO L) ESTABLECER LOS MECANISMOS ...	ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO L) ESTABLECER LOS MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE. ENTENDEMOS QUE LO DESCRITO EN ESTE INCISO Y SUS SUBNUMERALES ES SOLO INFORMATIVO Y DEBERA CUMPLIRSE POR EL LICITANTE ÚNICAMENTE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, TODA VEZ QUE EN EL INCISO L) DEL ANEXO NO,4 (TÉRMINOS Y CONDICIONES), SE ESTABLECEN OBLIGACIONES PARA LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE DICHAS OBLIGACIONES DEBERÁN SER CONSIDERADAS POR LOS LICITANTES PARA LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS Y, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE CUMPLIRLAS.
633472	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	TÉCNICO	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-229-SSA1-2002	DICE: CARTA DEL FABRICANTE EN LA QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-229-SSA1-2002. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA INCLUIR CARTA DE FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO. ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE DEBERA ENTREGAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA CARTA DEL FABRICANTE EN LA QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR LA NORMA NOM-229-SSA1-2002 Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-229-SSA1-2002, SALUD AMBIENTAL. REQUISITOS TECNICOS PARA LAS INSTALACIONES, RESPONSABILIDADES SANITARIAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS EQUIPOS Y PROTECCION RADIOLOGICA EN ESTABLECIMIENTOS DE DIAGNOSTICO MEDICO CON RAYOS X.
633473	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA QUE LAS FIRMAS DE LOS DOCUMENTOS DE FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO QUE REQUIEREN FIRMAS DE REPRESENTANTE LEGAL, PUEDAN SER FIRMADOS MEDIANTE FIRMAS ELECTRÓNICAS AVANZADAS DE ACUERDO A LO CERTIFICADO POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-151-SCFI-2016 YA QUE AL TRATARSE DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA ES MÁS EFICIENTE EL PROCESO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
633477	GRUPO DIEMSA SA DE CV	TÉCNICO	ANEX 4 TERMINOS Y CONDICIONES RUBRO B CAPACIDAD DEL LICITANTE SUBRUBRO B3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE MANIFESTANDO QUE NO SE TIENE PERSONAL CON DISCAPACIDAD. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, EN EL CASO DE NO PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LO SOLICITADO EN EL SUBRUBRO B3 DEL INCISO "C) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES", DEL ANEXO NO. 2 (TÉRMINOS Y CONDICIONES), CONFORME A LO DISPUESTO EN DICHO SUBRUBRO, NO SE OTORGARÁN PUNTOS.
633478	GRUPO DIEMSA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 4 TERMINOS Y CONDICIONES RUBRO B CAPACIDAD DEL LICITANTE SUBRUBRO B4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE MANIFESTANDO QUE NO CONTAMOS CON LA CONSTANCIA EMITIDDA POR EL IMPI. SE AEPTA?	NO SE ACEPTA, EN EL CASO DE NO PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LO SOLICITADO EN EL SUBRUBRO B4 DEL INCISO "C) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES", DEL ANEXO NO. 2 (TÉRMINOS Y CONDICIONES), CONFORME A LO DISPUESTO EN DICHO SUBRUBRO, NO SE OTORGARÁN PUNTOS.

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
633479	GRUPO DIEMSA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 4 TERMINOS Y CONDICIONES RUBRO B CAPACIDAD DEL LICITANTE SUBRUBRO B5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE MANIFESTANDO QUE NO CONTAMOS CON DICHO CERTIFICADO. SE AEPTA?	NO SE ACEPTA, EN EL CASO DE NO PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LO SOLICITADO EN EL SUBRUBRO B5 DEL INCISO "C) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES", DEL ANEXO NO. 2 (TÉRMINOS Y CONDICIONES), CONFORME A LO DISPUESTO EN DICHO SUBRUBRO, NO SE OTORGARÁN PUNTOS.
633480	GRUPO DIEMSA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA NUMERAL 2.11 GARANTIAS SOLICITADAS PARA LA CONTRATACION	EL NUMERAL 2.11 DICE: DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO DOS. TÉRMINOS Y CONDICIONES, INCISO J) GARANTÍAS DE ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE BIENES, CALIDAD DE SERVICIOS Y DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO APLICABLES. DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. EL NUMERAL 2.13 SEGUNDO PARRAFO DICE: EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO SE CONTEMPLA EL OTORGAMIENTO DE ANTICIPO. FAVOR DE ACLARAR SI EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE OTORGARAN ANTICIPOS, YA QUE EN EL NUMERAL 2.11 HACE MENCION A GARANTIAS DE ANTICIPOS.	SE ACLARA QUE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS
633494	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S A P I DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	RUBRO C Y D CRITERIOS DE PUNTOS Y PORCENTAJES DEL ANEXO "TÉRMINOS Y CONDICIONES"	RUBRO C Y RUBRO D DE LOS CRITERIOS DE PUNTOS Y PORCENTAJES DEL ANEXO "TÉRMINOS Y CONDICIONES" RUBRO C, SUBRUBRO C.1, RUBRO C, SUBRUBRO C.2, RUBRO D, SUBRUBRO D.1, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS NUMERALES EN REFERENCIA, ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁN INCLUIR CONTRATOS Y/O PEDIDOS QUE DEMUESTREN LA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO EN GENERAL INDEPENDIENTEMENTE DE LA PARTIDA QUE SE COTICE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE MANIFIESTA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO EN EL DOF EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CAPITULO SEGUNDO, NUMERAL OCTAVO, SE MANIFIESTA QUE PARA ACREDITAR LOS RUBROS Y SUBRUBROS DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CONTRATOS EXCLUSIVAMENTE DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PARTIDA OFERTADA, COMPRENDIDOS DURANTE EL PERIODO DEL 2019 AL 2023. LOS CONTRATOS PRESENTADOS DEBERAN ESTAR COMPLETOS, LEGIBLES Y DEBIDAMENTE FIRMADOS. NO SE ACEPTARAN CONTRATOS CUYO OBJETO SEAN SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTOS, ARRENDAMIENTOS, COMODATOS, ETC.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

antilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
ores de ien, No dificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN: Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (!$%&#/)
D de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
33495	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S A P I DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	RUBRO C Y D CRITERIOS DE PUNTOS Y PORCENTAJES DEL ANEXO "TÉRMINOS Y CONDICIONES"	RUBRO C Y RUBRO D DE LOS CRITERIOS DE PUNTOS Y PORCENTAJES DEL ANEXO "TÉRMINOS Y CONDICIONES" RUBRO C, SUBRUBRO C.1, RUBRO C, SUBRUBRO C.2, RUBRO D, SUBRUBRO D.1, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS NUMERALES EN REFERENCIA, ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁN INCLUIR CONTRATOS Y/O PEDIDOS DE SERVICIOS INTEGRALES, DONDE SE ACREDITE QUE EL LICITANTE A SUMINISTRADO EQUIPOS MÉDICOS DE LAS PARTIDAS OFERTADAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE MANIFIESTA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO EN EL DOF EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CAPITULO SEGUNDO, NUMERAL OCTAVO, SE MANIFIESTA QUE PARA ACREDITAR LOS RUBROS Y SUBRUBROS DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CONTRATOS EXCLUSIVAMENTE DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PARTIDA OFERTADA, COMPRENDIDOS DURANTE EL PERIODO DEL 2019 AL 2023. LOS CONTRATOS PRESENTADOS DEBERAN ESTAR COMPLETOS, LEGIBLES Y DEBIDAMENTE FIRMADOS. NO SE ACEPTARAN CONTRATOS CUYO OBJETO SEAN SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTOS, ARRENDAMIENTOS, COMODATOS, ETC.
33496	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S A P I DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 NÚMERAL 1.14.1 DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO	PARTIDA 1 NÚMERAL 1.14.1 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO Y CENTRADO DEL PACIENTE SIN RADIACIÓN DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE REFIERE AL POSICIONAMIENTO MEDIANTE ILUMINACIÓN DE CAMPO DE RADIACIÓN CON LUZ INDICADORA Y CAMARÁ INTEGRADA EN EL COLIMADOR PARA VISUALIZACIÓN DE LA PARTE ANATÓMICA DE INTERÉS DEL PACIENTE, LO CUAL ELIMINA LA RADIACIÓN A PACIENTE ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, EL SISTEMA DEBERÁ INCLUIR LA LUZ INDICADORA DEL CAMPO, ASÍ COMO LA CÁMARA DEL PACIENTE INTEGRADA AL COLIMADOR
33497	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S A P I DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 NÚMERAL 1.10.2 DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO	PARTIDA 1 NÚMERAL 1.10.2 MOTORIZADA CON TELEMANDO DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO ENTENDEMOS QUE LOS MOVIMIENTOS TELEMANDO DE LA MESA SON MOTORIZADOS Y DEBEN SER SIMULTÁNEOS PARA LA BASCULACIÓN, MOVIMIENTO LONGITUDINAL DE SOPORTE DE TUBO DE RAYOS X Y DESPLAZAMIENTO DEL TABLERO PORTA PACIENTE, CON AJUSTE DE VELOCIDAD VARIABLE ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN LOS MOVIMIENTOS DE LA MESA DEBEN SER MOTORIZADOS Y SIMULTANEOS EN BASCULACIÓN, MOVIMIENTO DEL SOPORTE O COLUMNA PORTATUBO Y DESPLAZAMIENTO DEL TABLERO MESA DE PACIENTE, CON VELOCIDAD VARIABLE

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
633498	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S A P I DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 NÚMERAL 2.3. DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO	PARTIDA 1 NÚMERAL 2.3. UNIDAD DE ENERGÍA ININTERUMPLIBLE UPS, DE AL MENOS 20 MINUTOS APLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO Y EL EQUIPO DE COMPUTO (INCLUIR MARCA Y MODELO), DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO DERIVADO QUE EL UPS ES UN EQUIPO DE RESPALDO EN CASO DE UNA FALLA ELÉCTRICA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN TIEMPO DE RESPALDO DE AL MENOS 5 MINUTOS PARA EL EQUIPO PRINCIPAL, LO CUÁL ES UN TIEMPO RAZONABLE PARA PODER TERMINAR UN ESTUDIO Y SACAR AL PACIENTE DE MANERA ADECUADA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "2.3. "UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE UPS DE AL MENOS 20 MINUTOS A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO Y EL EQUIPO DE CÓMPUTO. (INCLUIR MARCA Y MODELO)"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
633499	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S A P I DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 NÚMERAL 2.2 DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO	PARTIDA 1 NÚMERAL 2.2 INYECTOR DUAL DE MEDIO DE CONTRASTE DE ALTA PRESIÓN (INCLUIR MARCA Y MODELO), (SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO) DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO DERIVADO QUE EL INYECTOR SE ESTARÁ UTILIAZANDO CON EL EQUIPO DE FLUROSCOPÍA DIGITAL, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁ OFERTAR UN EQUIPO CON UN SOLO CABEZAL QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS MANEJA UNA PRESIÓN Y/O CAUDAL DE HASTA 1,200 PSI LOS CUALES PUEDEN CUBRIR CUALQUIER ESTUDIO DE RADIOFLUROSCOPIA Y/O ANGIOGRAFÍA)	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "2.2. INYECTOR DUAL DE MEDIO DE CONTRASTE DE ALTA PRESIÓN (INCLUIR MARCA Y MODELO) (SE REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO)"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ıntilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
res de en, No ificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (5%&#/)
de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
13500	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S A P I DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 NÚMERAL 1.5 DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO	PARTIDA 3 NÚMERAL 1.5 FLUOROSCOPÍA DE 25 IMÁGENES O FRAMES O CUADROS/SEGUNDO O MAYOR PARA CARDIOLOGÍA. DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UNA FLUOROSCOPIA PULSADA DE COMO MÍNIMO 15 IMÁGENES O PULSOS POR SEGUNDO, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAUMA Y ORTOPEDIA, UROLOGÍA, MANEJO DEL DOLOR, GASTROENTEROLOGÍA, VASCULARES Y MARCAPASOS. POR OTRO LADO, NUESTRAS FUNCIONES DE ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO EN TIEMPO REAL PERMITEN DISMINUIR EL EMBORRONAMIENTO Y RUIDO SIN LA NECESIDAD DE AUMENTAR LA VELOCIDAD DE ADQUISICIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1 1.5 FLUOROSCOPIA DE 25 IMÁGENES O FRAMES O CUADROS/SEGUNDO O MAYOR.", DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	**Licitante**	**Tipo de aclaración**	**Sección de la**	**Aclaración**	**Respuesta**
633501	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S A P I DE CV	TÉCNICO	TÉRMINOS Y CONDICIONES, INCISO D)	TÉRMINOS Y CONDICIONES D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR. 1. PARA AQUELLOS BIENES IDENTIFICADOS COMO "SI REQ." (SI REQUIERE) EN LA COLUMNA "REGISTRO SANITARIO" DEL ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS DE LOS BIENES", COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO, VIGENTE, EXPEDIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), EN EL QUE SE DEBERÁ IDENTIFICAR: ES CORRECTO ENTENDER QUE EL REGISTRO SANITARIO SE DEBERÁ PRESENTAR ÚNICAMENTE PARA LOS EQUIPOS PRINCIPALES INDICADOS EN EL ANEXO 3.3. REQUISITOS D ELOS BIENES Y PARA LOS ACCESORIOS E INSUMOS QUE LO SOLICITAN DE MANERA EXPLÍCITA DENTRO DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ES CORRECTO.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

antilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
ores de ien, No dificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (!$%&#/)
D de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
33563	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	TÉCNICO	1.6 IDIOMA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS EN EL IDIOMA DE ORIGEN, CON LA TRADUCCION SIMPLE AL ESPAÑOL DEL TEXTO REFERENCIADO. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE LOS BIENES Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL, SE REQUIERE QUE EL LICITANTE PRESENTE ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERÁN CORRESPONDER, CON LA(S) MARCA(S) Y MODELO(S) Y/O NÚMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NÚMERO(S) DE CATÁLOGO(S) Y CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NO. 4.1 "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS". TAL DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER COMPLETA Y, DEBERÁ PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, EN ESTE SENTIDO, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV DE LA LAASSP, SE MANIFIESTA QUE EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES. ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS QUE NO SE ENCUENTREN EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS QUE NO PUEDAN SER PLENAMENTE IDENTIFICADOS EN DICHA DOCUMENTACIÓN SIEMPRE QUE SE COMPRUEBE QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFÍA CON EL BIEN OFERTADO
33564	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO. 3.4.	DÍAS MÁXIMO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA HACER LA ENTREGA EN UN PERIODO DE HASTA 120 DÍAS NATURALES. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO SERÁ ACORDE A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO 3.3 "REQUISITOS DE LOS BIENES" Y ANEXO 3.4 "REQUISITOS PARA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES" (CAPACITACIÓN, GARANTÍA, TIEMPOS DE ENTREGA Y DEDUCTIVAS) PARA CADA PARTIDA, LOS CUALES SERAN CONTADOS A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE AL ACTO DE FALLO. POR LO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ COORDINARSE CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA QUE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL LICITANTE ADJUDICADO, INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA CAPACITACION, SE CUMPLA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LA PRESENTE CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
33565	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1. CÉDULAS	CLAVE: 531.341.0481.05.01, UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO.NUMERAL 1.7 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL TUBO DE RAYOS X, DE ACUERDO A NUESTRA CASA COMERCIAL.EN EL ENTENDIDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS, PERMITIRAN QUE SE REALICEN ESTUDIOS DE BUENA CALIDAD. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE DA RESPUESTA PUNTUAL TODA VEZ QUE EN LA PREGUNTA FORMULADA NO ESPECIFICA LOS DETALLES DE "LAS CARACTERISTICAS A AREFERENCIAR" QUE PRETENDE OFERTAR NI A QUE ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDE. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS QUE SUPEREN Y COMPRENDAN LAS MINIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACION QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633566	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1. CÉDULAS	CLAVE: 531.341.0481.05.01, UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO. NUMERAL 1.8, 1.9, 1.10 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR OFERTAR EQUIPOS CON +/- 10% DE TOLERANCIA ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN "1.8. TUBO DE RAYOS "X", CON SUS RESPECTIVOS NUMERALES, 1.9. COLUMNA PORTATUBO: CON SUS RESPECTIVOS NUMERALES Y 1.10. DISTANCIA FOCO-DETECTOR O SID VARIABLE-CONTINUO O MOTORIZADO DESDE 115 CM O MENOR HASTA 150 CM O MAYOR. CON SUS RESPECTIVOS NUMERALES"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
633567	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 3.1. CÉDULAS	CLAVE: 531.341.0481.05.01, UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO. EN CASO DE QUE ALGÚN PUNTO NO SE PUEDA REFERENCIAR EN LA LITERATURA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ADJUNTAR CARTA DE APOYO Y RESPALDO DEL FABRICANTE, EN LA QUE SE INDIQUE EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE ACLARA A LA LICITANTE QUE PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE LOS BIENES Y EN SU CASO EL SOFTWARE EN ESPAÑOL, SE REQUIERE QUE EL LICITANTE PRESENTE ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, LOS CUALES DEBERÁN CORRESPONDER, CON LA(S) MARCA(S) Y MODELO(S) Y/O NÚMERO(S) DE PARTE(S) Y/O NÚMERO(S) DE CATÁLOGO(S) Y CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA ENUNCIADAS POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NO. 4.1 "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", TAL DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER COMPLETA Y, DEBERÁ PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, EN ESTE SENTIDO, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV DE LA LAASSP, SE MANIFIESTA QUE EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES. ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS QUE NO SE ENCUENTREN EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS OFERTADOS QUE NO PUEDAN SER PLENAMENTE IDENTIFICADOS EN DICHA DOCUMENTACIÓN SIEMPRE QUE SE COMPRUEBE QUE EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA ENTRE LA IMAGEN Y/O FOTOGRAFÍA CON EL BIEN OFERTADO

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

antilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
res de en, No ificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
33568	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NO. 4	DICE: EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ REALIZAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS BIENES, EN CASO DE QUE APLIQUE, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL INSTITUTO. CON LA FINALIDAD DE QUE TODOS LOS PARTICIPANTES, NOS ENCONTREMOS EN IGUALDAD DE CONDICIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS SALAS. ES DECIR, SI CUENTAN CON BARITAJE, EL VOLTAJE A PIE DE SALA. LUMINARIAS, PINTURA, ETC. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES LAS VISITAS A INSTALACIONES INSTITUCIONALES, SERAN DE CARACTER OPCIONAL. POR LO QUE DEBERA CONSIDERAR "PARA LAS PARTIDAS IDENTIFICADAS CON LA LEYENDA "OPCIONAL" EN LA COLUMNA DENOMINADA "VISITA A INSTALACIONES" DEL ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS DE LOS BIENES", SERA OPTATIVO PARA EL LICITANTE REALIZAR O NO LA VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, LA CUAL TIENE EL OBJETIVO DE CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TECNICOS, ESPECIFICOS Y ECONOMICOS DE LOS EQUIPOS PARA LA ELABORACION DE LAS CORRESPONDIENTES GUIAS MECÁNICAS, ASI COMO PARTE DE SUS ALCANCES PARA LA PRESENTACION DE SU PROPOSICIÓN; SIN EMBARGO, DEBERÁ PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE CARTA COMPROMISO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA", EN LA CUAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE LOS BIENES EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE REQUIERA EN LA(S) UNIDAD(ES) DE DESTINO FINAL DE LOS BIENES, QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO "...
33569	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NO. 4	DICE: EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ REALIZAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS BIENES, EN CASO DE QUE APLIQUE, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL INSTITUTO. ENTENDEMOS QUE EN CASO DE QUE LA SALA SE ENCUENTRE AÚN CON UN EQUIPO INSTALADO, EL TIEMPO DE ENTREGA, INICIARÁ HASTA QUE LA SALA SE ENCUENTRE DESOCUPADA. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE ACLARA QUE EL PROCESO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA PARA LA ENTREGA RECEPCION A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO, POR ELLO SE REITERA QUE LA CONVOCANTE CONTEMPLA EN EL ANEXO NO. 2 TERMINOS Y CONDICIONES EN EL INCISO B) EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO SERÁ ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 3.4 "REQUISITOS PARA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES", EN LA COLUMNA "DÍAS MÁXIMOS DE ENTREGA" PARA CADA PARTIDA, LOS CUALES SERAN CONTADOS A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE AL ACTO DE FALLO. EN ESTE PLAZO, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERA REALIZAR LA ENTREGA - RECEPCION DE LOS BIENES, EN CASO DE QUE APLIQUE, DESINSTALACIÓN E INSTALACION, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL INSTITUTO, ESTABLECIDOS EN LOS PRESENTES TERMINOS Y CONDICIONES.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones					
			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633570	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NO. 4 CRITERIO PUNTOS Y PORCENTAJES	DICE: A3. VISITA A INSTALACIONES INSTITUCIONALES. (OPCIONALES) ENTENDEMOS QUE PARA OBTENER LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES, SE PODRÁ ADJUNTAR EL ANEXO NO. 4.9. ¿ES CORRECTO?	SE REITERA QUE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL INCISO C), RÚBRO A, DEL ANEXO NO. 2 (TÉRMINOS Y CONDICIONES), LOS LICITANTES PARA OBTENER LOS PUNTOS PARA DICHO RÚBRO DEBERÁN ACREDITAR CADA UNO DE LOS SUBRÚBROS A1, A2 Y A3, POR LO QUE HACE AL SUBRÚBRO A3. LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR LO SIGUIENTE: "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS" (ANEXO NO. 4.1). PARA LAS CLAVES IDENTIFICADAS CON LA LEYENDA "OPCIONAL" EN LA COLUMNA DENOMINADA "VISITA A INSTALACIONES INSTITUCIONALES" DEL ANEXO NO. 3.3 "REQUISITOS DE LOS BIENES" DEBERÁN PRESENTAR DE MANERA OBLIGATORIA LA CARTA COMPROMISO CONFORME AL ANEXO NO. 4.9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA" PARA LA ADECUADA INSTALACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO QUE GARANTICE SU CORRECTO Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y EN SU CASO, DE CONFORMIDAD CON LO ESPECIFICADO INCISO "F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARÁN O COLOCARÁN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS, EN SU CASO."
633571	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NO. 4 CRITERIO PUNTOS Y PORCENTAJES	DICE: C1. EXPERIENCIA... EL LICITANTE HA SUMINISTRADO A CUALQUIER DEPENDENCIA Y/O INSTITUCIÓN Y/O PARTICULAR, BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y/O A LOS VOLÚMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. ENTENDEMOS QUE PARA ESA CONTRATACIÓN SE PODRÁN PRESENTAR CONTRATOS DE VENTA DE EQUIPOS UTILIZADOS EN EL ÁREA DE IMAGEN, COMO RESONANCIAS, TOMÓGRAFOS, MESAS DE RX Y OTROS. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. PODRÁ PRESENTAR CONTRATOS DE VENTA DE EQUIPOS DE FLUOROSCOPIA, RESONANCIA, ANGIOGRAFÍA, TOMOGRAFÍA

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

antilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
res de en. No ificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (%&#/)
de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
33572	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NO. 4 CRITERIO PUNTOS Y PORCENTAJES	DICE: C1. EXPERIENCIA. SOLICITAMOS CON AMABILIDAD A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ADJUNTAR COPIAS DE CONTRATOS POR SERVICIOS INTEGRALES, QUE INCLUYAN EQUIPOS IGUALES A LO SOLICITADO. TODA VEZ LA EXPERIENCIA BUSCA EVALUAR EL TIEMPO EN QUE SE HA VENDIDO U OTORGADO SERVICIOS DE LAS MISMA NATURALEZA Y MI REPRESENTADA, SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE DEMOSTRAR QUE CUENTA 5 AÑOS EXPERIENCIA NECESARIA PARA SUMINISTRAR LOS BIENES SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN. ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, SE MANIFIESTA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO EN EL DOF EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CAPITULO SEGUNDO, NUMERAL OCTAVO, SE MANIFIESTA QUE PARA ACREDITAR LOS RUBROS Y SUBRUBROS DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CONTRATOS EXCLUSIVAMENTE DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PARTIDA OFERTADA, COMPRENDIDOS DURANTE EL PERIODO DEL 2019 AL 2023. LOS CONTRATOS PRESENTADOS DEBERAN ESTAR COMPLETOS, LEGIBLES Y DEBIDAMENTE FIRMADOS. NO SE ACEPTARAN CONTRATOS CUYO OBJETO SEAN SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTOS, ARRENDAMIENTOS, COMODATOS, ETC.
33573	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NO. 4 CRITERIO PUNTOS Y PORCENTAJES	DICE: C1. EXPERIENCIA. CON LA FINALIDAD DE DEMOSTRAR QUE SE CUENTA CON EXPERIENCIA NECESARIA PARA SUMINISTRAR BIENES IGUALES O SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN; SOLICITAMOS CON AMABILIDAD A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ADJUNTAR COPIAS DE CONTRATOS POR ARRENDAMIENTO, VENTA O SERVICIO INTEGRAL, QUE INCLUYAN EQUIPOS UTILIZADOS EN EL ÁREA DE IMAGEN, COMO RESONANCIAS, TOMÓGRAFOS, MESAS DE RX Y OTROS. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, SE MANIFIESTA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO EN EL DOF EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CAPITULO SEGUNDO, NUMERAL OCTAVO, SE MANIFIESTA QUE PARA ACREDITAR LOS RUBROS Y SUBRUBROS DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CONTRATOS EXCLUSIVAMENTE DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PARTIDA OFERTADA, COMPRENDIDOS DURANTE EL PERIODO DEL 2019 AL 2023. LOS CONTRATOS PRESENTADOS DEBERAN ESTAR COMPLETOS, LEGIBLES Y DEBIDAMENTE FIRMADOS. NO SE ACEPTARAN CONTRATOS CUYO OBJETO SEAN SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTOS, ARRENDAMIENTOS, COMODATOS, ETC.
33574	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NO. 4 CRITERIO PUNTOS Y PORCENTAJES	DICE: C2. ESPECIALIDAD... EL LICITANTE HA SUMINISTRADO A CUALQUIER DEPENDENCIA Y/O INSTITUCIÓN Y/O PARTICULAR, BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y/O A LOS VOLÚMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ENTENDEMOS QUE PARA ESA CONTRATACIÓN SE PODRÁN PRESENTAR CONTRATOS DE VENTA DE EQUIPOS UTILIZADOS EN EL ÁREA DE IMAGEN, COMO RESONANCIAS, TOMÓGRAFOS, MESAS DE RX Y OTROS. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. PODRÁ PRESENTAR CONTRATOS DE VENTA DE EQUIPOS DE FLUOROSCOPIA, RESONANCIA, ANGIOGRAFÍA, TOMOGRAFÍA.

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
ID de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
633575	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NO. 4 CRITERIO PUNTOS Y PORCENTAJES	DICE: C2. ESPECIALIDAD...SOLICITAMOS CON AMABILIDAD A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ADJUNTAR COPIAS DE CONTRATOS POR SERVICIOS INTEGRALES, QUE INCLUYAN EQUIPOS IGUALES A LO SOLICITADO. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, SE MANIFIESTA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO EN EL DOF EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CAPITULO SEGUNDO, NUMERAL OCTAVO, SE MANIFIESTA QUE PARA ACREDITAR LOS RUBROS Y SUBRUBROS DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CONTRATOS EXCLUSIVAMENTE DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PARTIDA OFERTADA, COMPRENDIDOS DURANTE EL PERIODO DEL 2019 AL 2023. LOS CONTRATOS PRESENTADOS DEBERAN ESTAR COMPLETOS, LEGIBLES Y DEBIDAMENTE FIRMADOS. NO SE ACEPTARAN CONTRATOS CUYO OBJETO SEAN SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTOS, ARRENDAMIENTOS, COMODATOS, ETC.
633576	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NO. 4 CRITERIO PUNTOS Y PORCENTAJES	DICE: C2. ESPECIALIDAD... SOLICITAMOS CON AMABILIDAD A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ADJUNTAR COPIAS DE CONTRATOS POR ARRENDAMIENTO, VENTA O SERVICIO INTEGRAL, QUE INCLUYAN EQUIPOS UTILIZADOS EN EL ÁREA DE IMAGEN, COMO RESONANCIAS, TOMÓGRAFOS, MESAS DE RX Y OTROS. TODA VEZ QUE MI REPRESENTADA, SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE DEMOSTRAR QUE CUENTA CON LA ESPECIALIDAD NECESARIA PARA SUMINISTRAR BIENES IGUALES O SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, SE MANIFIESTA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO EN EL DOF EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CAPITULO SEGUNDO, NUMERAL OCTAVO, SE MANIFIESTA QUE PARA ACREDITAR LOS RUBROS Y SUBRUBROS DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CONTRATOS EXCLUSIVAMENTE DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PARTIDA OFERTADA, COMPRENDIDOS DURANTE EL PERIODO DEL 2019 AL 2023. LOS CONTRATOS PRESENTADOS DEBERAN ESTAR COMPLETOS, LEGIBLES Y DEBIDAMENTE FIRMADOS. NO SE ACEPTARAN CONTRATOS CUYO OBJETO SEAN SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTOS, ARRENDAMIENTOS, COMODATOS, ETC
633577	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NO. 4 CRITERIO PUNTOS Y PORCENTAJES	DICE: D.1 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS. SOLICITAMOS CON AMABILIDAD A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ADJUNTAR CARTAS EMITIDAS POR LA AFIANZADORA, EN LAS QUE SE INDIQUE QUE LAS FIANZAS QUE AMPARAN LOS CONTRATOS PRESENTADOS SE ENCUENTRAN CANCELADAS. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE REITERA QUE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL INCISO C), RÚBRO D, SUBRÚBRO D1 DEL ANEXO NO. 2 (TÉRMINOS Y CONDICIONES), LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR LO SIGUIENTE: CON DEPENDENCIAS Y/O INSTITUCIONES PÚBLICAS: FIANZAS CANCELADAS. - SE DEBERÁ ACREDITAR MEDIANTE ESCRITO EMITIDO POR LA AFIANZADORA, EN EL QUE SE INDIQUE QUE LAS FIANZAS QUE AMPARAN LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL RUBRO "C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO", SE ENCUENTRAN CANCELADAS, PUDIENDO PRESENTAR EN UN SÓLO ESCRITO VARIAS FIANZAS;

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

antilla de carga masiva de aclaraciones

			Completar únicamente la columna F		
res de en, No dificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales ($%&#/)
o de la	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la	Aclaración	Respuesta
33578	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NO. 4 CRITERIO PUNTOS Y PORCENTAJES	DICE: D.1 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS. EN CASO DE QUE SE PRESENTEN CONTRATOS VIGENTES, POR EL TIEMPO DE GARANTÍA. SOLICITAMOS CON AMABILIDAD A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ADJUNTAR CARTAS EMITIDAS POR LA AFIANZADORA, EN LAS QUE SE INDIQUE QUE LAS FIANZAS QUE AMPARAN LOS CONTRATOS PRESENTADOS SE ENCUENTRAN VIGENTES Y QUE NO HAN SIDO OBJETO DE APLICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, TODA VEZ QUE LOS CONTRATOS PRESENTADOS DEBERAN ESTAR CONCLUIDOS ANTES DE LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, POR CUANTO A LOS DOCUMENTOS CON LOS CUALES SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS CONCLUIDOS, ESTOS SERÁN LOS FSTABLECIDOS EN EL INCISO C), RÚBRO D, SUBRÚBRO D1 DEL ANEXO O. 4 (TÉRMINOS Y CONDICIONES).
33579	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NO. 4 CRITERIO PUNTOS Y PORCENTAJES	DICE: 4. LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES: ENTENDEMOS QUE LAS GUÍAS MECÁNICAS, DEBERÁN SER ENTREGADAS ÚNICAMENTE POR EL LICITANTE ADJUDICADO ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
33580	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO NO. 4 CRITERIO PUNTOS Y PORCENTAJES	DICE: 4. LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES: EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ADJUNTAR LAS GUÍAS MECÁNICAS TIPO ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	APEGARSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA ANTERIOR.

ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

"PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MÉDICOS TERCERA FASE 2024. RADIODIAGNOSTICO" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

En la Ciudad de México, siendo las **15:00** horas del día **09 de septiembre de 2024**, en la Sala 5, Sótano Ala Poniente del edificio de Avenida Paseo de la Reforma No. 476, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06600, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo el cierre de la Junta de Aclaraciones de la Convocatoria indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante LAASSP o la Ley), 45 y 46 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante RLAASSP o el Reglamento) y en el numeral 3.4 de la Convocatoria.

El acto es presidido por la Lic. Karla Pacheco Villanueva, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, de conformidad con las facultades conferidas en el numeral 7.1.3.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, así como el numeral 5.3.8., inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

Se informa que el presente acto está siendo videograbado, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 6 y 8 de la sección II del "Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante el DOF), el 20 de agosto de 2015; y los Acuerdos por los que se modifica el Protocolo de Actuación en cita, publicados en el DOF los días 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017.

Quien preside el acto, es asistida por el representante de la Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo como Área Técnica, quien solventara las preguntas de carácter técnico; el Área Contratante, solventará las preguntas de carácter legal – administrativo y económico.

Se informa que se encuentran presentes los representantes de la Coordinación de Legislación y Consulta y del Órgano Interno de Control Especifico en el Instituto.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 del Reglamento, a este acto no asistió alguna persona que manifestara su interés de estar presente como observador.

Durango 291, Piso 11, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México
Tel. 55 5726-1700, Ext. 14925. www.imss.gob.mx

ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

"PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MÉDICOS TERCERA FASE 2024. RADIODIAGNOSTICO" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

1. DESARROLLO DEL ACTO

Quien preside el acto, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 46 fracción II del Reglamento, a través del acta relativa a la Junta de Aclaraciones que se publicó en CompraNet el día 05 de septiembre de 2024, se informó a los licitantes que se otorgaba un plazo de 20 (veinte) horas a partir de la publicación del acta correspondiente para que, en su caso, formularan las preguntas (repreguntas) que consideraran necesarias en relación con las respuestas dadas por la convocante a las solicitudes de aclaración. Dicho plazo transcurrio de las 19:22 horas del día 5 de septiembre de 2024 a las 15:22 horas del día 06 de septiembre de 2024.

Cumplido el plazo, se identificó que si se recibieron preguntas (repreguntas) tal como se consta en el siguiente cuadro y en la pantalla del Sistema CompraNet que se acompaña a la presente acta como **ANEXO I**.

No.	Razón Social	Escrito de Interés	Re-preguntas recibidas
1	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	Si	1
2	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S.A.P.I. DE C.V.	Si	7
3	CYBER ROBOTIC SOLUTIONS S.A. DE C.V.	Si	3
4	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	Si	11
5	GRUPO INSOMA S.A.P.I. DE C.V.	Si	6
6	HOSPITIUM SOLUTIONS S.A. DE C.V.	Si	2
7	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA S.A. DE C.V.	Si	2
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO S.A. DE C.V.	Si	2
9	PRODUCTOS STANTON S.A. DE C.V.	Si	5
10	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE R.L. DE C.V.	Si	15
11	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Si	2
12	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	Si	1
		Total	**57**

Durango 291, Piso 11, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México
Tel. 55 5726-1700, Ext. 14925. www.imss.gob.mx

2024 AÑO DE Felipe Carrillo PUERTO BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB

ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

"PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MÉDICOS TERCERA FASE 2024. RADIODIAGNOSTICO" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

A continuación se da respuesta a preguntas formuladas por los licitantes respecto a las respuestas otorgadas a las preguntas, adjuntándose a la presente como **Anexo II**.

Considerando el volumen de la información, en el presente acto se solicita a los asistentes, la dispensa de la lectura de las preguntas y respuestas, toda vez que las mismas serán difundidas a través del sistema CompraNet; a lo que los asistentes, manifiestan no tener objeción.

No se omite mencionar que derivado del número de caracteres (2000) permitidos en el sistema CompraNet las respuestas a las preguntas de los licitantes, también podrán ser consultadas en formato Excel en el apartado ANEXOS de la publicación, en el sistema CompraNet.

2.- CIERRE DEL ACTA

Se comunica que la celebración del **Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones** se llevará a cabo el día **17 de septiembre de 2024**, a las **13:00 horas** a través del sistema CompraNet.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento, así como sus respectivos anexos.

Quien preside el acto pregunta a los asistentes si tienen alguna observación o comentario que efectuar, a lo que manifestaron no tener comentarios.

Para efectos de la notificación, en términos de los artículos 37 Bis de la Ley y 45 del Reglamento, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica de CompraNet https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se pone a disposición, copia en el tablero de avisos de la División de Equipo y Mobiliario Médico, ubicado en el piso 11 del inmueble situado en calle Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y en su caso, obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado el presente acto, siendo las **15:20 horas** del día **09 de septiembre de 2024**, firmando la presente para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta, quienes reciben copia de esta.

Durango 291, Piso 11, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México
Tel. 55 5726-1700, Ext. 14925. www.imss.gob.mx

2024 AÑO DE Felipe Carrillo PUERTO BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB

ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

"PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MÉDICOS TERCERA FASE 2024. RADIODIAGNOSTICO" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Esta acta consta de **4** fojas útiles y **2** anexos.

---------- **FIN DE TEXTO** ----------

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE Y CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Karla Pacheco Villanueva Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico		
Lic. Ernesto Cuauhtémoc Trejo Mejía Jefe de Área de la Coordinación Técnica de Infraestructura Médica Representante del Área Técnica		
Lic. José Manuel Garduño Trejo Representante de la Coordinación de Legislación y Consulta		

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ESPECÍFICO EN EL INSTITUTO

NOMBRE	FIRMA	ANTEFIRMA
C.P. Pedro Alberto Reynoso Morales		

Durango 291, Piso 11, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México
Tel. 55 5726-1700, Ext. 14925. www.imss.gob.mx

2024 AÑO DE Felipe Carrillo PUERTO
BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB

CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

"PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MÉDICOS TERCERA FASE 2024. RADIODIAGNOSTICO" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Anexo

I

EMPRESAS QUE HAN MANIFESTADO INTERÉS EN PARTICIPAR

Fecha y hora de la emisión del reporte: 06/09/2024 15:28

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: **E-2024-00088932**
Número de procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024**
Número de junta: **1**

Empresas interesadas

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Acuse(s) de solicitud de aclaracion	Acuse(s) de repreguntas
1	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 09:49	29 de Agosto de 2024 a las 17:44	SI	SI
2	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S A P I DE CV	30 de Agosto de 2024 a las 17:55	30 de Agosto de 2024 a las 18:46	SI	SI
3	AMG PHARMA MEXICO SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 12:32	28 de Agosto de 2024 a las 13:30	NO	NO
4	AUG SA DE CV	29 de Agosto de 2024 a las 11:47	29 de Agosto de 2024 a las 11:47	NO	NO
5	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV	31 de Agosto de 2024 a las 13:01	31 de Agosto de 2024 a las 13:01	NO	NO
6	CYBER ROBOTIC SOLUTIONS SA DE CV	4 de Septiembre de 2024 a las 16:05	6 de Septiembre de 2024 a las 09:51	NO	SI
7	DELFIMA SA DE CV	30 de Agosto de 2024 a las 10:26	30 de Agosto de 2024 a las 10:26	NO	NO

8	DIGITALSPACE SERVICE MEXICO SA DE CV	1 de Septiembre de 2024 a las 15:12		NO	NO
9	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	27 de Agosto de 2024 a las 19:12	27 de Agosto de 2024 a las 19:13	SI	NO
10	EUREKA SALUD SA DE CV	27 de Agosto de 2024 a las 20:03	1 de Septiembre de 2024 a las 07:40	SI	NO
11	FUJIFILM DE MEXICO SA DE CV	29 de Agosto de 2024 a las 09:27		NO	NO
12	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	29 de Agosto de 2024 a las 15:06	29 de Agosto de 2024 a las 15:06	SI	SI
13	GELECOM S A P I DE CV	30 de Agosto de 2024 a las 13:02		NO	NO
14	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 11:45		NO	NO
15	GRUPO DIEMSA SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 20:43	28 de Agosto de 2024 a las 20:52	SI	NO
16	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 14:38	29 de Agosto de 2024 a las 13:52	SI	SI
17	GRUPO ZUMI KALAN S A P I DE CV	29 de Agosto de 2024 a las 21:17	29 de Agosto de 2024 a las 21:37	NO	NO
18	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 13:02	28 de Agosto de 2024 a las 13:02	NO	SI
19	IMPULSO MEXICANO SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 19:37	28 de Agosto de 2024 a las 19:38	SI	NO
20	INGENIERIA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 16:52	28 de Agosto de 2024 a las 16:56	NO	NO

21	INNOVACIONES HOSPITALARIAS DE MEXICO SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 16:58	28 de Agosto de 2024 a las 17:05	NO	NO
22	INTEGRACION COMERCIAL HOSPITALARIA SA DE CV	29 de Agosto de 2024 a las 21:51	29 de Agosto de 2024 a las 21:51	NO	NO
23	ISM SALUD MEXICO S A P I DE CV	27 de Agosto de 2024 a las 19:58	6 de Septiembre de 2024 a las 13:43	NO	NO
24	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 10:18	28 de Agosto de 2024 a las 10:18	NO	SI
25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	1 de Septiembre de 2024 a las 07:18	1 de Septiembre de 2024 a las 07:21	SI	SI
26	MARO HEALTH SA DE CV	27 de Agosto de 2024 a las 20:01	30 de Agosto de 2024 a las 13:58	SI	NO
27	MEDICA SILLER SA DE CV	29 de Agosto de 2024 a las 17:44	29 de Agosto de 2024 a las 19:03	NO	NO
28	PISAQ SA DE CV	6 de Septiembre de 2024 a las 13:59		NO	NO
29	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 16:34	28 de Agosto de 2024 a las 16:35	SI	SI
30	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	30 de Agosto de 2024 a las 14:11		NO	NO
31	SAVARE MEDIKA SA DE CV	2 de Septiembre de 2024 a las 10:01	2 de Septiembre de 2024 a las 10:02	NO	NO
32	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 14:07	28 de Agosto de 2024 a las 14:08	NO	NO

33	SIAI MEDICS SA DE CV	30 de Agosto de 2024 a las 14:59	30 de Agosto de 2024 a las 15:01	SI	NO
34	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 13:37	28 de Agosto de 2024 a las 13:37	SI	SI
35	SOLUCIONES MEDICAS COMERCIAL SA DE CV	29 de Agosto de 2024 a las 07:39	5 de Septiembre de 2024 a las 19:34	NO	NO
36	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 16:53	28 de Agosto de 2024 a las 16:53	SI	SI
37	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	28 de Agosto de 2024 a las 13:30		NO	NO
38	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	30 de Agosto de 2024 a las 14:47	30 de Agosto de 2024 a las 14:48	NO	SI
39	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES S A P I DE CV	27 de Agosto de 2024 a las 20:02		NO	NO

CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

"PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MÉDICOS TERCERA FASE 2024. RADIODIAGNOSTICO" (PUNTOS Y PORCENTAJES)

Anexo

II

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
60768	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	RESPUESTA PREGUNTA ID 633571	DERIVADO DE LA RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA PRESENTAR PARA EL RUBRO C1 EXPERIENCIA CONTRATOS DE ULTRASONIDO, LOS CUALES TAMBIEN PERTENCEN A EQUIPOS DE IMAGEN DIAGNOSTICA, SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE PODRÁ PRESENTAR CONTRATOS DE VENTA DE EQUIPOS DE FLUOROSCOPIA, RESONANCIA, ANGIOGRAFÍA Y TOMOGRAFÍA
60769	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	RESPUESTA PREGUNTA ID 633574	DERIVADO DE LA RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA PRESENTAR PARA EL RUBRO C2 ESPECIALIDAD CONTRATOS DE ULTRASONIDO, LOS CUALES TAMBIEN PERTENCEN A EQUIPOS DE IMAGEN DIAGNOSTICA, SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE PODRÁ PRESENTAR CONTRATOS DE VENTA DE EQUIPOS DE FLUOROSCOPIA, RESONANCIA, ANGIOGRAFÍA Y TOMOGRAFÍA
60793	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA 633062 DE LA EMPRESA GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	DEBIDO A QUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS ES DEMASIDO CORTO Y MÁS SI LA CONVOCANTE REQUIERE DE EQUIPOS NUEVOS, ES SUMAMENTE DIFÍCIL QUE UNA SOLA EMPRESA PUEDA CUMPLIR A CABALIDAD CON LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA Y RESPETUOSA A LA CONVOCANTE, SE SIRVA CONSIDERAR UN ABASTECIMIENTO SIMULTANEO CON AL MENOS 2 Ó 3 FUENTES DE ABASTECIMIENTO, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA. ¿ACEPTAN NUESTRA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO SERÁ ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 3.4 "REQUISITOS PARA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES", EN LA COLUMNA "DÍAS MÁXIMOS DE ENTREGA" PARA CADA PARTIDA, LOS CUALES SERÁN CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL ACTO DE FALLO Y EN LAS CANTIDADES REQUERIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
60830	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA CON ID 631675, DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 2, PUNTO 1.1.2	SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE KV DE 40 A 120 KV O MAYOR TODA VEZ QUE KV REPRESENTA KILO VOLTS QUE ES UNA MEDIDA DE VOLTAJE, DANDO CUMPLIMINETO AL PUNTO 1.1.2.- RANGO DE VOLTAJE DE 40 A 120 KV O MAYOR . ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.1.2. RANGO DE VOLTAJE DE 40 A 120 KV O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60831	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA CON ID 631676, DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 2, PUNTO 1.1.4	DADA LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR EL PUNTO 1.1.4 COMO IMAGEN INDIVIDUAL DE 75 MA O MAYOR.¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.1.4. COMO IMAGEN INDIVIDUAL DE 75 MA. O MAYOR "; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
60832	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA CON ID 631680, DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 2, PUNTO 1.3.4	DADA LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE ENTENDEMOS QUE SE QUIZÓ EXPRESAR, SE ACEPTA REFERENCIAR "DESPLAZAMIENTO VERTICAL" COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.3.4 RECORRIDO VERTICAL" SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, CON FINES DE REFERENCIACION SE ACEPTA OFERTAR: "DESPLAZAMIENTO VERTICAL", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.3.4. RECORRIDO VERTICAL", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60833	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA CON ID 631689, DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 2, PUNTO 1.10	DADA LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE ENTENDEMOS QUE QUIZO EXPESAR, SE ACEPTA REFERENCIAR "CARRO PORTAMONITORES", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.10. CONSOLA DE CONTROL MÓVIL", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, CON FINES DE REFERENCIACIÓN SE ACEPTA OFERTAR "CARRO PORTA MONITORES", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.10. CONSOLA DE CONTROL MÓVIL", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
60834	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA CON ID 631701, DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 3, PUNTO 1.1.2	SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE KV DE 40 A 120 KV O MAYOR TODA VEZ QUE KV REPRESENTA KILO VOLTS QUE ES UNA MEDIDA DE VOLTAJE, DANDO CUMPLIMINETO AL PUNTO 1.1.2.- RANGO DE VOLTAJE DE 40 A 120 KV O MAYOR . ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.1.2. RANGO DE VOLTAJE DE 40 A 120 KV O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
60835	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA CON ID 631702, DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 3, PUNTO 1.1.4	DADA LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR EL PUNTO 1.1.4 COMO IMAGEN INDIVIDUAL DE 75 MA O MAYOR ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO SU APRECIACIACIÓN. SE PRECISA QUE LO SOLICITADO EN EL NUMERAL : "1.14. CORRIENTE RADIOGRÁFICA DIGITAL O IMAGEN UNICA DE 75 MA O MAYOR". CON FINES DE REFERENCIACIÓN SE ACEPTA OFERTAR "IMAGEN UNICA DE 75 MA O MAYOR ", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.14. CORRIENTE RADIOGRÁFICA DIGITAL O IMAGEN UNICA DE 75 MA O MAYOR", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
60836	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA CON ID 631706, DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 3, PUNTO 1.3.4	DADA LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE ENTENDEMOS QUE SE QUIZÓ EXPRESAR, SE ACEPTA REFERENCIAR "DESPLAZAMIENTO VERTICAL" COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.3.4 RECORRIDO VERTICAL" SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO. CON FINES DE REFERENCIACIÓN SE ACEPTA OFERTAR: "DESPLAZAMIENTO VERTICAL", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.3.4. RECORRIDO VERTICAL", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60837	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA CON ID 631712, DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 3, PUNTO 1.7	DADA LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE ENTENDEMOS QUE QUIZO EXPESAR, SE ACEPTA REFERENCIAR "CARRO PORTAMONITORES", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.7. CONSOLA DE CONTROL MÓVIL", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, CON FINES DE REFERENCIACIÓN SE ACEPTA OFERTAR "CARRO PORTA MONITORES", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.7CONSOLA DE CONTROL MÓVIL", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". LO ANTERIOR NO MODIFICA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.

GOBIERNO DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
60838	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA CON ID 633062, DE LA EMPRESA GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV, ANEXO 2. B) PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN	SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALICE DE MANERA ESCALONADA, CON EL FIN DE PERMITIR UNA PROGRAMACIÓN ADECUADA PARA LAS CAPACITACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA DE LOS BIENES ADJUDICADOS EN LOS DESTINOS FINALES. POR LO TANTO, PROPONEMOS UN PLAZO DE ENTREGA DE ENTRE 90 A 120 DÍAS HÁBILES PARA LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS. ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO SERÁ ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 3.4 "REQUISITOS PARA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES", EN LA COLUMNA "DÍAS MÁXIMOS DE ENTREGA" PARA CADA PARTIDA, LOS CUALES SERÁN CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL ACTO DE FALLO
60839	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	ID DE LA PREGUNTA 631654 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA Y QUE NOS PERMITA OFERTAR TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 0.001 A 5 SEGUNDOS, EL CUAL ES UN RANGO SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO TODOS LOS ESTUDIOS DE FLUOROSCOPIA SIN LIMITACIÓN, CON EL DEBIDO CUIDADO DE LA DOSIS AL PACIENTE. EL VALOR SOLICITADO DE 6.3 SEGUNDOS PERTENECE A UNA SOLA CASA COMERCIAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN VIOLANDO LO QUE SE INDICA EN EL ARTICULO 29 INCISO V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE A LA LETRA DICE: "ARTÍCULO 29. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO Y EN LAS CUALES SE DESCRIBIRÁN LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER: V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA;" ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.2.3. TIEMPO DE EXPOSICIÓN DESDE 0.001 SEGUNDOS O MENOR A 6.3 SEGUNDOS O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60840	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	ID DE LA PREGUNTA 631655 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA Y QUE NOS PERMITA REFERENCIAR LA CARACTERISTICA "FLUOROSCOPIA CONTINUA" COMO "FLUOROSCOPIA PULSADA DE ALTA FRECUENCIA DE IMAGEN A 30 P/S (PULSOS POR SEGUNDO), LO CUAL CUMPLE CON LA FUNCIÓN SOLICITADA. CABE MENCIONAR QUE ESTA MISMA FICHA TÉCNICA DESCRIBE EN EL PUNTO 1.12.2 LA "FLUOROSCOPIA CONTINUA" COMO "FLUOROSCOPIA DE 18 O 30 PULSOS POR SEGUNDO" POR LO QUE EN CASO DE NO ACEPTAR ESTA SOLICITUD SE ESTARÍA INCURRIENDO EN UNA CONTRADICCIÓN Y SE LIMITARÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN VIOLANDO LO QUE SE INDICA EN EL ARTICULO 29 INCISO V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE A LA LETRA DICE: "ARTÍCULO 29. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO Y EN LAS CUALES SE DESCRIBIRÁN LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER: V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA;" ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.5. "FLUOROSCOPIA CONTINUA Y PULSADA"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
60841	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	ID DE LA PREGUNTA 631658 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA Y QUE NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA CON ALTURA AJUSTABLE DE 50CM A 100CM, EL CUAL ES UN RANGO SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO TODOS LOS ESTUDIOS DE FLUOROSCOPIA SIN LIMITACIÓN, Y REPRESENTA UNA VENTAJA TECNOLÓGICA DEBIDO A LA ALTURA MINIMA DE 50CM, LA CUAL MEJORA LA ACCESIBILIDAD DE PACIENTES CON MOVILIDAD REDUCIDA COMO PACIENTES GERIÁTRICOS Y PEDIÁTRICOS. EL RANGO SOLICITADO DE 55CM HASTA 130CM PERTENECE A UNA SOLA CASA COMERCIAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN VIOLANDO LO QUE SE INDICA EN EL ARTICULO 29 INCISO V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE A LA LETRA DICE: "ARTÍCULO 29. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO Y EN LAS CUALES SE DESCRIBIRÁN LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER: V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA;" ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.10.1. CON ALTURA AJUSTABLE DE 55 CM O MENOR HASTA 130 CM O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO"., SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60842	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	ID DE LA PREGUNTA 631660 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA Y QUE NOS PERMITA REFERENCIAR "COBERTURA LONGITUDINAL DE LA MESA DE LA MESA DE 200 CM O MAYOR" COMO "COBERTURA DEL PACIENTE DE 201 CM" YA QUE NUESTRA CARACTERÍSTICA SUPERA LO SOLICITADO. ASIMISMO REITERAMOS QUE EL PROPOSITO DE CONTAR CON UNA COBERTURA DE LA MESA MAYOR ES PRECISAMENTE TENER UNA MAYOR COBERTURA DEL PACIENTE POR LO CUAL NUESTRA PROPUESTA CUMPLE Y SUPERA LO SOLICITADO. EN CASO DE NO ACEPTAR SE ESTARÍA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN VIOLANDO LO QUE SE INDICA EN EL ARTICULO 29 INCISO V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE A LA LETRA DICE: "ARTÍCULO 29. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO Y EN LAS CUALES SE DESCRIBIRÁN LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER: V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA;" ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.10.4.1 COBERTURA LONGITUDINAL DE LA MESA DE 200CM O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
60843	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	ID DE LA PREGUNTA 631661 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA Y QUE NOS PERMITA REFERENCIAR LA CARACTERISTICA "FLUOROSCOPIA CONTINUA DE 18 O 30 IMAGENES O PULSOS O CUADROS/SEGUNDO O MAYOR POR SEGUNDO" COMO "FLUOROSCOPIA PULSADA DE ALTA FRECUENCIA DE IMAGEN A 30 P/S (PULSOS POR SEGUNDO)", LO CUAL CUMPLE CABALMENTE CON LO SOLICITADO AL OFERTAR EXACTAMENTE EL RANGO SUPERIOR (30 PULSOS POR SEGUNDO) DE LA FUNCIÓN SOLICITADA. EN CASO DE NO ACEPTAR ESTA SOLICITUD SE ESTARÍA INCURRIENDO EN UNA CONTRADICCIÓN Y SE LIMITARÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN VIOLANDO LO QUE SE INDICA EN EL ARTICULO 29 INCISO V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE A LA LETRA DICE: "ARTÍCULO 29. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO Y EN LAS CUALES SE DESCRIBIRÁN LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER: V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA;" ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.12.2 FLUOROSCOPIA CONTINUA DE 18 O 30 IMAGENES O PULSOS O CUADROS/SEGUNDO O MAYOR POR SEGUNDO"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60844	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	ID DE LA PREGUNTA 631662 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA Y QUE NOS PERMITA OFERTAR DQE DE 65 POR CIENTO Y 3.4 LP/MM LOS CUALES SON VALORES PERFECTAMENTE ADECUADOS PARA CONTAR CON UNA ALTA CALIDAD DE IMAGEN. EL VALOR SOLICITADO DE 78 POR CIENTO ES ARBITRARIO Y PERTENECE A UN SOLO FABRICANTE POR LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN VIOLANDO LO QUE SE INDICA EN EL ARTICULO 29 INCISO V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE A LA LETRA DICE: "ARTÍCULO 29. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO Y EN LAS CUALES SE DESCRIBIRÁN LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER: V LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA;" ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.13.6 DQE DE 78% O MAYOR Y 3.5 LP/MM O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60845	CYBER ROBOTIC SOLUTIONS SA DE CV	633078, GRUPO INSOMA S A P I DE CV	1.2.2.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE RE CONSIDERE ACEPTAR UN TUBO CUYA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR ES DE 300 KHU ASEGURANDO IGUAL O MAYOR EFICIENCIA A LO SOLICITADO DEBIDO AL MENOR USO DE DOSIS DE RADIACIÓN, ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL "1.2.2. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 310 KHU O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
60846	CYBER ROBOTIC SOLUTIONS SA DE CV	633079, GRUPO INSOMA S A P I DE CV	1.4.3.- PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RE CONSIDERE ACEPTAR UN DETECTOR CON TAMAÑO DE 21 CM X 21 CM CON AREA ACTIVA DEL DETECTOR DE 20.7 CM X 20.7 CM, ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.4.3 TAMAÑO DE 26 CM. X 26 CM. (10" X 10") O MAYOR."; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60847	CYBER ROBOTIC SOLUTIONS SA DE CV	633114, GRUPO INSOMA S A P I DE CV	1.4.4 MATRIZ DE 1400 X 1400 PIXELES O MAYOR.PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RE CONSIDERE ACEPTAR UNA MATRIZ DE 1344 X 1344 PIXELES, EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE VALOR ESTA DENTRO DE UN RANGO DE +/- 10% A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.4.4 MATRIZ DE 1400 X 1400 PIXELES O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60848	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S A P I DE CV	633057	DICE: EL PAGO SE PODRÁ REALIZAR EN UNA SOLA EXHIBICIÓN POR PARTIDA COMPLETA O POR OOAD O UMAE ENTREGADA, RESPECTO AL TOTAL DE SUS BIENES ADJUDICADOS, RECIBIDOS, INSTALADOS Y OPERANDO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO, A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CONFORME A TODO LO SEÑALADO EN EL ANEXO TÉCNICO Y LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES. PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁN INGRESAR LAS FACTURAS A COBRO UNA VEZ QUE SE ENTREGUEN PARTIDAS COMPLETAS POR HOSPITAL COMPLETADO?	SE REITERA QUE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL INCISO K) FORMA DE PAGO DEL ANEXO "TÉRMINOS Y CONDICIONES", SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN POR: PARTIDA COMPLETA O, POR OOAD O UMAE ENTREGADA, LO ANTERIOR, RESPECTO AL TOTAL DE SUS BIENES ADJUDICADOS, RECIBIDOS, INSTALADOS Y OPERANDO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO, A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CONFORME A TODO LO SEÑALADO EN EL ANEXO TÉCNICO Y LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES
60849	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S A P I DE CV	631227	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE DEBERÁ OFERTAR UN TUBO DE RAYOS X CON UNA ROTACIÓN DE 180° O MAYOR DE ACUERDO CON LO PUBLICADO EN EL NUMERAL 1.7.6, DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DE LA PARTIDA 1?	ES CORRECTO. SE PRECISA QUE SE SOLICITA EN EL NUMERAL "1.7.6. CON ROTACIÓN DE 180° O MAYOR", FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.7.6. CON ROTACIÓN DE 180° O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
60850	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S A P I DE CV	631658	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE DEBERÁ OFERTAR UNA MESA CON ALTURA AJUSTABLE DE 55 CM O MENOR HASTA 130 O MAYOR, DE ACUERDO CON LO PUBLICADO EN EL NUMERAL 1.10.1 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DE LA PARTIDA 1?	ES CORRECTA SU APRECIACION. SE PRECISA QUE SE SOLICITA EN EL NUMERAL , "1.10.1. CON ALTURA AJUSTABLE DE 55 CM O MENOR HASTA 130 CM O MAYOR", FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.10.1. CON ALTURA AJUSTABLE DE 55 CM O MENOR HASTA 130 CM O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60851	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S A P I DE CV	631678	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE DEBERÁ OFERTAR UNA DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE), SID DE 100CM O MENOR , DE ACUERDO CON LO PUBLICADO EN EL NUMERAL 1.3.1 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DE LA PARTIDA 2?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE PRECISA QUE SE SOLICITA EN EL NUMERAL "1.3.1 DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE), SID DE 100 CM. O MENOR ", FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.3.1 DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE), SID DE 100 CM. O MENOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60852	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S A P I DE CV	631704	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE DEBERÁ OFERTAR UNA DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE), SID DE 100CM O MENOR , DE ACUERDO CON LO PUBLICADO EN EL NUMERAL 1.3.1 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DE LA PARTIDA 3?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE PRECISA QUE SE SOLICITA EN EL NUMERAL "1.3.1 DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE), SID DE 100 CM. O MENOR ", FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.3.1 DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE), SID DE 100 CM. O MENOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60853	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S A P I DE CV	631719	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE DEBERÁ OFERTAR 100 PIEZAS DE DVD Y/O 50 USB DE 8GM O MAYOR, DE ACUERDO CON LO PUBLICADO EN EL NUMERAL 3.1 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO DE LA PARTIDA 3?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
60854	ALL SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE S A P I DE CV	631666	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE DE DOBLE CABEZAL Y ALTA PRESIÓN DE HASTA 325 PSI, QUE CUMPLE CON LA CAPACIDAD Y FUNCIÓN QUE SE REQUIERE , ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR "UN INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE DE DOBLE CABEZAL Y ALTA PRESIÓN DE HASTA 325 PSI (INCLUIR MARCA Y MODELO). (SE REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO)", COMO OPCION PARA EL NUMERAL, "2.2 INYECTOR DUAL DE ALTA PRESION, (INCLUIR MARCA Y MODELO), (SE REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO).", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADVIERTA QUE EL BIEN A OFERTAR REQUIERA ALGUN EQUIPO ADICIONAL, ACCESORIO O CONSUMIBLE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR ASI ALGUNA FALLA ASOCIADA A LA INSTALACION U OPERACION, EL LICITANTE DEBERA INCLUIRLO EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTANDO LA DOCUMENTACION TECNICA, LEGAL Y DEMAS, ENTRE ELLO LO SOLICITADO EN EL INCISO D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, LA CUAL QUEDARA SUJETA A LA EVALAUCION TECNICA CORRESPONDIENTE."
60855	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	633113	PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA OPCIÓN DE OFERTAR UNA MATRIZ DE 1344 X 1344 PIXELES, YA QUE EL TAMAÑO DE LA MATRIZ ES ACORDE AL TAMAÑO DEL DETECTOR OFERTADO , ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.4.4 MATRIZ DE 1400 X 1400 PIXELES O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60856	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	633078	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA OPCIÓN DE OFERTAR UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 300KHU, YA QUE ESTE VALOR ESTA CALCULADO ACORDE A LA POTENCIA DEL TUBO DE RAYOS X Y LA VELOCIDAD DEL ÁNODO OFERTADO. ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL "1.2.2. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 310 KHU O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
60857	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	633079	PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR CON TAMAÑO DE 21 CM X 21 CM CON AREA ACTIVA DEL DETECTOR DE 20.7 CM X 20.7 CM, SIN QUE ESTO AFECTE EL DESEMPEÑO DIAGNOSTICO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.4.3 TAMAÑO DE 26 CM. X 26 CM. (10" X 10") O MAYOR."; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60858	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	633114	PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA OPCIÓN DE OFERTAR UNA MATRIZ DE 1344 X 1344 PIXELES, YA QUE EL TAMAÑO DE LA MATRIZ ES ACORDE AL TAMAÑO DEL DETECTOR OFERTADO , ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.4.4 MATRIZ DE 1400 X 1400 PIXELES O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60859	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	PREGUNTA ID 631230	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE UNA TOLERANCIA DE AL MENOS +/- 2% EN LA ALTURA AJUSTABLE DE LA MESA, YA QUE SOMOS VARIOS LICITANTES QUIENES ESTAMOS SOLICITANDOLO ESTA APERTURA , YA QUE CON ESTA DIFERENCUA MÍNIMA DE ALTURA NO SE CONSIDERARIA ALGUNA BENEFICIO O VENTAJA AL EQUIPO, POR LO QUE PEDIMOS ACEPTAR ESTA TOLERANCIA PARA PROMOVEER LA LIBRE PARTICIPACIÓN.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE PRECISA QUE SE ESTA SOLICITANDO EN EL NUMERAL "1.10.1. CON ALTURA AJUSTABLE DE 55 CM O MENOR HASTA 130 CM O MAYOR". FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.10.1. CON ALTURA AJUSTABLE DE 55 CM O MENOR HASTA 130 CM O MAYOR". DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60860	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	PREGUNTA ID 631662	PEDIMOS A LA AMABLE CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITAN OFERTAR DETECTOR DIGITAL CON DQE DE 74% Y 3.4 LP/MM. YA QUE LA DIFERENCIA A LA SOLICITADA ES UNICAMENTE MENOR AL 5%, SIENDO QUE ESTA DIFERENCIA NO AFECTA LA CALIDAD DE LA IMAGEN, ADEMÁS DE QUE VARIOS LICITANTES PEDIMOS APERTURA EN ESTE VALOR POR LO QUE SOLICITAMOS NOS ACEPTE ESTA TOLERANCIA PARA PROMOVEER LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.13.6 DQE DE 78% O MAYOR Y 3.5 LP/MM O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
60861	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA: 633019, LICITANTE: GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO	DADO QUE NUESTRA EMPRESA CUENTA CON UN APODERADO LEGAL QUE REPRESENTA A TODAS LAS FÁBRICAS QUE NOS MANUFACTURAN ALREDEDOR DEL MUNDO, MEDIANTE UNA SOCIEDAD QUE CONSOLIDA DICHAS FÁBRICAS; NOS GUSTARÍA SABER SI ESTE APODERADO PUEDE FIRMAR LA CARTA SOLICITADA, DEMOSTRANDO LO ANTERIOR CON SU PODER NOTARIAL Y CARTA CERTIFICADORA QUE SEÑALA LA PLANTA/FÁBRICA DEL MODELO DEL EQUIPO EN CADA PARTIDA OFERTADA ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE REQUIERE CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE, SOLICITADA EN EL ANEXO 3. ANEXO TÉCNICO, DONDE ESPECIFIQUE LA HABILITACIÓN SIN RESTRICCIONES DE USO DE LAS FUNCIONES (CLASES DE SERVICIO) DICOM 3.0. SE CONSIDERARÁ INTERFAZ VÁLIDA SIEMPRE Y CUANDO EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT COMPRUEBE QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS SOPORTAN LOS SERVICIOS REQUERIDOS. ADEMÁS DE GARANTIZAR SU CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DIGITAL INSTALADO EN LA UNIDAD MÉDICA SIN COSTO PARA EL INSTITUTO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN OFERTADO, PARA LAS PARTIDAS: 1, 2 Y 3.
60878	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	633076	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA OPCIÓN DE OFERTAR UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 300KHU, YA QUE ESTE VALOR ESTA CALCULADO ACORDE A LA POTENCIA DEL TUBO DE RAYOS X Y LA VELOCIDAD DEL ÁNODO OFERTADO, ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL "1.2.2. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 310 KHU O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60879	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	633077	PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR CON TAMAÑO DE 21 CM X 21 CM CON AREA ACTIVA DEL DETECTOR DE 20.7 CM X 20.7 CM, SIN QUE ESTO AFECTE EL DESEMPEÑO DIAGNOSTICO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.4.3 TAMAÑO DE 26 CM. X 26 CM. (10" X 10") O MAYOR."; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60880	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	EN RELACION DE LA PREGUNTA 631704 DEL LICITANTE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	ENTENDEMOS QUE SE PODRA CUMPLIR EL PUNTO 1.3.1 DE LA PARTIDA 3, OFERTANDO: "DISTANCIA DE LA FUENTE AL DETECTOR SID DE 99 CM. O MAYOR", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "1.3.1 DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE), SID DE 99 CM. O MAYOR " ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA OFERTAR "DISTANCIA DE LA FUENTE AL DETECTOR SID DE 99 CM O MENOR" ,COMO OPCIÓN PARA EL NUMERAL "1.3.1 DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE), SID DE 100 CM. O MENOS ", SIN SER OBLIGATORIOS PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SE REITERA A LA LICITANTE QUE PODRÀN OFERTAR BIENES CON CARACTEISTICAS QUE COMPRENDAN Y SUPEREN LAS MINIMAS SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, ATENDIENDO Y GUARDANDO CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DEBIENDO INTEGRAR LA DOCUMENTACION QUE PERMITA COMPROBAR QUE LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO". TODAS LAS CARACTERISTICAS OFERTADAS ESTARAN SUJETAS A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			EN REFERENCIA A LA RESPUESTA OTORGADA AL LICITANTE ELECTRONICA Y MEDICINA SA, CON RESPECTO AL ANEXO NO. 3.1 CÉDULAS. PARTIDA 1; PUNTO 3.2: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOS CONSUMIBLES NECESARIOS DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE Y TOMANDO EN CUENTA LA PRODUCTIVIDAD ESTIMADA DE PACIENTES CONTRASTADOS EN FLUOROSCOPIA:	SE ACEPTA REFERENCIAR "CONSUMIBLES APROPIADOS PARA EL USO DEL INYECTOR OFERTADO CUMPLIENDO TUBO DE LA BOMBA PARA USO DE 24 HORAS CON TRES PUNTAS (100 PIEZAS) Y TUBO DE PACIENTE DE 250 CM DE LARGO CON
60881	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA: 633152.	100 PIEZAS DE: TUBO DE PACIENTE DE 250CM DE LARGO CON DOS VALVULAS ANTI-REFLUJO QUE NO CONTIENE PIROGENO NI LATEX PARA INYECCIONES DE MEDIOS DE CONTRASTE, MANGUERA DESECHABLE Y ESTERIL PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: XD2040. CLAVE 379.903.4396.00.02 40 PIEZAS DE: TUBO DE LA BOMBA PARA USO DE 24 HORAS CON TRES PUNTAS, DOS SON PARA LOS CONTRASTES Y UNO ES PARA LA SOLUCION SALINA, INTEGRADO CON UNA UNIDAD DE DETECTOR DE PRESION Y UNA UNIDAD DE FILTRO DE PARTICULAS DESECHABLE, ESTERIL, LIBRE DE LATEX PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: XD8003. CLAVE 379.903.4461.00.01 ¿SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES?	DOS VALVULAS PARA USO EN EL EQUIPO (100 PIEZAS)", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "3.2 JERINGAS Y/O CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, ACORDE A LA TECNOLOGÍA OFERTADA, PARA EL INYECTOR DUAL DE MEDIO DE CONTRASTE, CON AL MENOS 100", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60882	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	ID PREGUNTA: 633152.	EN REFERENCIA A LA RESPUESTA OTORGADA AL LICITANTE ELECTRONICA Y MEDICINA SA, CON RESPECTO AL ANEXO NO. 3.1 CÉDULAS. PARTIDA 1; PUNTO 3.2: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TUBO DE LA BOMBA PARA USO DE 24 HORAS CON TRES PUNTAS (40 PIEZAS) Y TUBO DE PACIENTE DE 250 CM DE LARGO CON DOS VALVULAS PARA USO EN EL EQUIPO (100 PIEZAS), DANDO UN TOTAL DE 140 PIEZAS DE CONSUMIBLES Y GARANTIZANDO EL CONTRASTE DE 100 PACIENTES, DERIVADO A QUE LA TECNOLOGIA OFERTADA PERMITE UTILIZAR EL TUBO DE LA BOMBA PARA REALIZAR UN NÚMERO ILIMITADO DE INYECCIONES, CON UNA DURACIÓN MÁXIMA DE USO DE 24 HORAS. ¿SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES?	SE ACEPTA REFERENCIAR "CONSUMIBLES APROPIADOS PARA EL USO DEL INYECTOR OFERTADO CUMPLIENDO TUBO DE LA BOMBA PARA USO DE 24 HORAS CON TRES PUNTAS (100 PIEZAS) Y TUBO DE PACIENTE DE 250 CM DE LARGO CON DOS VALVULAS PARA USO EN EL EQUIPO (100 PIEZAS)", COMO OPCION PARA EL NUMERAL "3.2 JERINGAS Y/O CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, ACORDE A LA TECNOLOGÍA OFERTADA, PARA EL INYECTOR DUAL DE MEDIO DE CONTRASTE, CON AL MENOS 100", SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA. DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60883	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	REFERENTE A LA CONTESTACION A LA PREGUNTA NO. 633434	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSINDERE MANEJAR UNA TOLERANCIA DE +/- 10 CM DE ESTE RANGO, EL CUAL NO AFECTA EN LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿ SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL "1.10.1. CON ALTURA AJUSTABLE DE 55 CM O MENOR HASTA 130 CM O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

GOBIERNO DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGA CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES

LA-50-GYR-050GYR040-T-12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE EQUIPOS MEDICOS TERCERA FASE 20224. RADIODIAGNOSTICO (PUNTOS Y PORCENTAJES)

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
60884	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	REFERENTE A LA CONTESTACION A LA PREGUNTA NO. 633437	EN RELACIÓN A SU RESPUESTA, HACEN REFERENCIA A SISTEMA DE POSICIONAMIENTO Y CENTRADO AUTOMATICO O DE MEMORIA ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN "1.14.1. SISTEMA PARA EL POSICIONAMIENTO Y CENTRADO DEL PACIENTE SIN RADIACIÓN"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60902	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA: 633020, LICITANTE: GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO	DADO QUE NUESTRA EMPRESA CUENTA CON UN APODERADO LEGAL QUE REPRESENTA A TODAS LAS FÁBRICAS QUE NOS MANUFACTURAN ALREDEDOR DEL MUNDO, MEDIANTE UNA SOCIEDAD QUE CONSOLIDA DICHAS FÁBRICAS; NOS GUSTARÍA SABER SI ESTE APODERADO PUEDE FIRMAR LA CARTA SOLICITADA, DEMOSTRANDO LO ANTERIOR CON SU PODER NOTARIAL Y CARTA CERTIFICADORA QUE SEÑALA LA PLANTA/FÁBRICA DEL MODELO DEL EQUIPO EN CADA PARTIDA OFERTADA ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE REQUIERE CARTA DEL FABRICANTE EN LA QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR LA NORMA NOM-229-SSA1 2002 Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, PARA LAS PARTIDAS: 1, 2 Y 3.
60903	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA: 633019, LICITANTE: GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO	MI REPRESENTADA ES FILIAL EN MEXICO Y DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEL FABRICANTE, ADEMÁS DE SER TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DE LOS BIENES SOLICITADOS Y DADO QUE ESTE ES UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CON REDUCCION DE PLAZOS, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE LA ENTIDAD MATRIZ GLOBAL FIRMADA POR UN REPRESENTANTE LEGAL EN MEXICO QUE CUENTA CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR DICHO DOCUMENTO, ANEXANDO SU PODER NOTARIAL, IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE Y TAMBIÉN LA CERTIFICACIÓN DE LAS FÁBRICAS PARA DEMOSTRAR QUE SE TIENE EL RESPALDO DE LOS FABRICANTES Y DONDE SE MANIFIESTE EL COMPROMISO SOBRE LA HABILITACIÓN SIN RESTRICCIONES DE USO DE LAS FUNCIONES (CLASES DE SERVICIO) DICOM 3.0 Y CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL PUNTO DE LA BASES. ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE REQUIERE CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE, SOLICITADA EN EL ANEXO 3. ANEXO TÉCNICO, DONDE ESPECIFIQUE LA HABILITACIÓN SIN RESTRICCIONES DE USO DE LAS FUNCIONES (CLASES DE SERVICIO) DICOM 3.0. SE CONSIDERARÁ INTERFAZ VÁLIDA SIEMPRE Y CUANDO EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT COMPRUEBE QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS SOPORTAN LOS SERVICIOS REQUERIDOS. ADEMÁS DE GARANTIZAR SU CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DIGITAL INSTALADO EN LA UNIDAD MÉDICA SIN COSTO PARA EL INSTITUTO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN OFERTADO, PARA LAS PARTIDAS: 1, 2 Y 3.
60904	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA: 633020, LICITANTE: GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO	MI REPRESENTADA ES FILIAL EN MEXICO Y DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEL FABRICANTE, ADEMÁS DE SER TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DE LOS BIENES SOLICITADOS Y DADO QUE ESTE ES UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CON REDUCCION DE PLAZOS, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE LA ENTIDAD MATRIZ GLOBAL FIRMADA POR UN REPRESENTANTE LEGAL EN MEXICO QUE CUENTA CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR DICHO DOCUMENTO, ANEXANDO SU PODER NOTARIAL, IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE Y TAMBIÉN LA CERTIFICACIÓN DE LAS FÁBRICAS PARA DEMOSTRAR QUE SE TIENE EL RESPALDO DE LOS FABRICANTES Y MANIFESTANDO QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS CUMPLEN CON LO DISPUESTO POR LA NOM-229-SSA1-2022 Y LA DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE REQUIERE CARTA DEL FABRICANTE EN LA QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR LA NORMA NOM-229-SSA1-2002 Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, PARA LAS PARTIDAS: 1, 2 Y 3.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
60905	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA:633052 LICITANTE:GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	SE SOLICITA AMABLEMENTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 100CM YA QUE CON ESTA ALTURA EL EQUIPO LOGRA ADAPTARSE A LAS DIFERENTES ALTURAS Y NECESIDADES DE LOS PACIENTES ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.10.1. CON ALTURA AJUSTABLE DE 55 CM O MENOR HASTA 130 CM O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60906	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA:633053 LICITANTE:GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	SE SOLICITA AMABLEMENTE NOS PERMITA PARTICIPAR SIN ESTA TECNOLOCÍA Y QUE SE PUEDA REALIZAR UPGRADE EN EL FUTURO ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.12.3. FLUOROSCOPÍA CON SUSTRACCIÓN DIGITAL EN TIEMPO REAL O (DSA) QUE PERMITA OBTENER 7 O MÁS IMÁGENES POR SEGUNDO "; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60907	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA:633054 LICITANTE:GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	SE SOLICITA AMABLEMENTE NOS PERMITA PARTICIPAR SIN ESTA TECNOLOGÍA Y QUE SE PUEDA REALIZAR UPGRADE EN EL FUTURO ¿SE ACEPTA?	SE REITERA NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.12.4. RADIOGRAFÍA O DFR DESDE 1 CUADROS O IMÁGENES/SEGUNDO O MENOR A 6 CUADROS O IMÁGENES/SEGUNDO O MAYOR". DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60908	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA:633055 LICITANTE:GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	SE SOLICITA AMABLEMENTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN DQE 65 % Y 3,4 LP/MM YA QUE CON ESTE NÚMERO DE PARES POR LINEA OBTENEMOS MAYOR DEFINICIÓN EN LA IMAGEN¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL "1.13.6 DQE DE 78% O MAYOR Y 3.5 LP/MM O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
60909	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA:633056 LICITANTE:GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	SE SOLICITA AMABLEMENTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UNA PANTALLA DE 1 MEGAPIXEL YA QUE CON ESTO ES SUFICIENTE PARA QUE EL MÉDICO PUEDA EVALUAR LAS IMÁGENES DURANTE LA ADQUISICIÓN ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "2.1.3.2. RESOLUCIÓN DE 3 MEGA PIXELES O MAYOR "; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60910	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA:633021 LICITANTE:GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE MI REPRESENTADA, NOS PERMITA OFRECER 300 KHU COMO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TÉRMICO EN EL ÁNODO, YA QUE DERIVADO DE LA EXPLICACIÓN EN LA PREGUNTA DE LA JUNTA, NUESTRO DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO OFERTADO, HA PERMITIDO SEPARAR AMBAS FUENTES DE CALOR DE FORMA FÍSICA Y POR TANTO OPTIMIZANDO EL MANEJO DE CALOR CON LOS 300 KHU DE ALMACENAMIENTO EN EL TUBO DE RAYOS X, LO CUAL PUEDE SER CONSTATADO CON LOS MÁS DE 30 EQUIPOS INSTALADOS EN LOS DIFERENTES HOSPITALES DE ESTE INSTITUTO ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.2.2. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 310 KHU O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60911	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	PREGUNTA:633022 LICITANTE:GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE MI REPRESENTADA, NOS PERMITA OFRECER 300 KHU COMO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TÉRMICO EN EL ÁNODO, YA QUE DERIVADO DE LA EXPLICACIÓN EN LA PREGUNTA DE LA JUNTA, NUESTRO DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO OFERTADO, HA PERMITIDO SEPARAR AMBAS FUENTES DE CALOR DE FORMA FÍSICA Y POR TANTO OPTIMIZANDO EL MANEJO DE CALOR CON LOS 300 KHU DE ALMACENAMIENTO EN EL TUBO DE RAYOS X, LO CUAL PUEDE SER CONSTATADO CON LOS MÁS DE 30 EQUIPOS INSTALADOS EN LOS DIFERENTES HOSPITALES DE ESTE INSTITUTO ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.2.2. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 310 KHU O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60912	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	PREGUNTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV CON ID 633434	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.10.1. CON ALTURA AJUSTABLE DE 55 CM O MENOR HASTA 130 CM O MAYOR. INSISTIMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, RECONSIDERE SU RESPUESTA Y ACEPTE UNA ALTURA AJUSTABLE DE 50 CM O MENOR HASTA 100 CM O MAYOR. ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA FAVORECE SOLO A UNA CASA COMERCIAL, TRANSGREDIENDO LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 26, PÁRRAFO SEXTO, DE LA LAASSP. EL RANGO DE ALTURA SOLICITADO, LO MANEJAN LA MAYORÍA DE LAS CASAS COMERCIALES, POR LO CUAL DICHO RANGO ES PERFECTAMENTE FUNCIONAL TANTO EN LOS RUBROS DE CALIDAD DIAGNOSTICA COMO EN EL DE PRODUCTIVIDAD. ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL "1.10.1. CON ALTURA AJUSTABLE DE 55 CM O MENOR HASTA 130 CM O MAYOR"; DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
60913	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	PREGUNTA DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV CON ID 631662	PARTIDA 1. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.13.6 DQE DE 78% O MAYOR Y 3.5 LP/MM O MAYOR INSISTIMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITAN OFERTAR DETECTOR DIGITAL CON DQE DE 65 POR CIENTO Y 3.4 LP/MM. ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE ESTA LIGERA DIFERENCIA NO AFECTA EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO NI LA CALIDAD DIAGNOSTICA. ¿SE ACEPTA?	SE REITERA QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL NUMERAL "1.13.6 DQE DE 78% O MAYOR Y 3.5 LP/MM O MAYOR", DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO".
60914	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	PREGUNTA DE GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV CON ID 633056	BASADO EN LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PUNTOS: 1.1.1, 1.16 Y 2.1.3, ENTENDEMOS QUE NECESITAN DE AL MENOS DOS MONITORES, UNO EN LA SALA DE EXPLORACIÓN Y OTRO EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO Y LOS DOS DEBEN TENER AL MENOS 3 MEGA PIXELES DE RESOLUCIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN LOS NUMERALES "1.1.1. UNO O DOS PANTALLAS A COLOR LCD O TFT (INCLUIR MARACA Y MODELO), 1.16 CARRO O SOPORTE AL TECHO O PARED CON UNA O DOS PANTALLAS LCD O TFT EN LA SALA DE XPLORACIÓN DE 19" O MAYOR Y 2.1.3.2. RESOLUCIÓN DE 3 MEGA PIXELES O MAYOR": DE LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO OFERTAR BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ATIENDAN Y GUARDEN CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO"
60915	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	PREGUNTA DE PRODUCTOS STANTON SA DE CV ID 633573	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA, TODA VEZ QUE MEDIANTE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS INTEGRALES EN IMAGEN, SE INSTALAN MÁS DE 10 EQUIPOS DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LO SOLICITADOS, EN DONDE ADICIONAL A LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA, SE LE DA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO, CON LO CUAL ES POSIBLE COMPROBAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE NOS PERMITAN ENTREGAR LAS ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN, DONDE SE ESPECIFIQUEN LOS EQUIPOS INSTALADOS. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE REITERA QUE SE MANIFIESTA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO EN EL DOF EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CAPITULO SEGUNDO, NUMERAL OCTAVO, SE MANIFIESTA QUE PARA ACREDITAR LOS RUBROS Y SUBRUBROS DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CONTRATOS EXCLUSIVAMENTE DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PARTIDA OFERTADA, COMPRENDIDOS DURANTE EL PERIODO DEL 2019 AL 2023. LOS CONTRATOS PRESENTADOS DEBERAN ESTAR COMPLETOS, LEGIBLES Y DEBIDAMENTE FIRMADOS. NO SE ACEPTARAN CONTRATOS CUYO OBJETO SEAN SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTOS, ARRENDAMIENTOS, COMODATOS, ETC.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
60916	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	PREGUNTA DE PRODUCTOS STANTON SA DE CV ID 633576	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA, TODA VEZ QUE MEDIANTE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS INTEGRALES EN IMAGEN, SE INSTALAN MÁS DE 10 EQUIPOS DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LO SOLICITADOS, EN DONDE ADICIONAL A LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA, SE LE DA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO, CON LO CUAL ES POSIBLE COMPROBAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE NOS PERMITAN ENTREGAR LAS ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN, DONDE SE ESPECIFIQUEN LOS EQUIPOS INSTALADOS. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE REITERA QUE SE MANIFIESTA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO EN EL DOF EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CAPITULO SEGUNDO, NUMERAL OCTAVO, SE MANIFIESTA QUE PARA ACREDITAR LOS RUBROS Y SUBRUBROS DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CONTRATOS EXCLUSIVAMENTE DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PARTIDA OFERTADA, COMPRENDIDOS DURANTE EL PERIODO DEL 2019 AL 2023. LOS CONTRATOS PRESENTADOS DEBERAN ESTAR COMPLETOS, LEGIBLES Y DEBIDAMENTE FIRMADOS. NO SE ACEPTARAN CONTRATOS CUYO OBJETO SEAN SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTOS, ARRENDAMIENTOS, COMODATOS, ETC.