



# Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005  
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:  
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:  
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  
23-07-2022

Fecha \_\_\_\_\_  
Folio **No. 0546**

## Datos del hospital

Nombre Hospital General de Zona #1 Dr. Carlos de la Pared Sánchez Teléfono \_\_\_\_\_  
 Dirección Calz. Antonio Narro S/N, Zona Centro, 25000, Saltillo  
 Solicitante \_\_\_\_\_

## Datos del equipo

Nº de serie GTU120 Marca Dydelec Modelo Gätsi  
10-0358

Ubicación Area de Estabilización

Responsable (es) \_\_\_\_\_

Tipo de servicio  Instalación  Capacitación  Mantenimiento correctivo  Mantenimiento preventivo

Herramienta utilizada FLUKE VT900 ANALIZADOR DE GASES.

**Descripción**  
 Se realiza instalación, verificación y pruebas de ventilación  
 Actualización de Software, Hardware, Firmware.  
 El equipo queda funcionando correctamente y disponible  
 para su uso.

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP-0101	Conector enchufe rápido para Ago - Aramed Oxígeno para manguera 5/16 con seguro	1
MP-102	Conector enchufe rápido para Ago - Aramed Aire para manguera 5/16 con seguro	1
MP-0105	Conector latón 1/2"	2

ING. OSVALDO BERNAL DE LA CRUZ  
 MAT. 99053492  
 SUB JEFE DE CONSERVACIÓN  
 HOSPITAL GENERAL DE ZONA #1  
 SALTILLO, COAHUILA.

ING. OSVALDO BERNAL DE LA CRUZ  
 MAT. 99053492  
 SUB JEFE DE CONSERVACIÓN  
 HOSPITAL GENERAL DE ZONA #1  
 SALTILLO, COAHUILA.



Nombre y firma del Ing. de Servicio



# Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005  
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:  
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:  
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  
23-07-2022

Fecha \_\_\_\_\_  
Folio **No. 0546**

## Datos del hospital

Nombre Hospital General de Zona #1 De Carlos de la Pena Salcedo Teléfono \_\_\_\_\_  
 Dirección Calz. Antonio Nava S/N, Zona Centro, 25000, Saltillo  
 Solicitante \_\_\_\_\_

## Datos del equipo

Nº de serie GTU120 Marca Dydetec Modelo Gätsi  
 Ubicación Area de Estabilización  
 Responsable (es) \_\_\_\_\_  
 Tipo de servicio  Instalación  Capacitación  Mantenimiento correctivo  Mantenimiento preventivo  
 Herramienta utilizada FLUKE VT900 ANALIZADOR DE GASES

Descripción de la actividad:  
 Se realiza instalación, verificación y pruebas de ventilación  
 Actualización de Software, Hardware, Firmware.  
 El equipo queda funcionando correctamente y disponible para su uso.

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP-0101	Conector enchufe rápido para Agua Aramed Oxígeno para manguera 5/16 con seguro	1
MP-102	Conector enchufe rápido para Agua-Aramed Aire para manguera 5/16 con seguro	1
MP-0105	Conector de latón 1/2" para manguera de uso común	2



IMSS

ING. OSVALDO BERNAL DE LA CRUZ  
 MAT. 99053492  
 SUB JEFE DE CONSERVACIÓN  
 HOSPITAL GENERAL DE ZONA #1  
 AGUILAR, COAHUILA.

Nombre y firma del Ing. de Servicio



IMSS

ING. OSVALDO BERNAL DE LA CRUZ  
 MAT. 99053492  
 SUB JEFE DE CONSERVACIÓN  
 HOSPITAL GENERAL DE ZONA #1  
 SALTILLO, COAHUILA.