



**VIBISA**

VISION BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
REGIONAL ESTADO DE MEXICO PONIENTE**

**VENTILACION**

**ORDEN DE SERVICIO N° 151**

**1ER. SERVICIO PREVENTIVO (2024)**

**NÚMERO DE REGISTRO CCO-N-24-16-2508-0003**

**FECHA:** 09-01-24

**CONTRATO No. 050GYR989N00124-012-00**

<b>UNIDAD:</b>	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 220		
<b>EQUIPO:</b>	VENTILADOR	<b>UBICACIÓN:</b>	<u>en la enfermería</u>
<b>MARCA:</b>	MINDRAY	<b>MODELO:</b>	SV600
<b>SERIE:</b>	AA6-07007911	<b>INVENTARIO:</b>	S/N

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL 115-049765 EN EL 1ER SERVICIO
FILTRO BACTEREOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
CELDA DE OXÍGENO 040-001275-00 EN EL 1ER SERVICIO
BANCO DE BATERIAS 115-034132-00 EN EL 1ER SERVICIO
CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE EN EL 1ER SERVICIO
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

**OBSERVACIONES:**

[Firma]  
**ING. GABRIEL MORALES MENDEZ**  
**NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO DEL SERVICIO**

[Firma]  
**NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE SERVICIO**

[Firma]  
**NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE CONSERVACION**





**VIBISA**

VISIÓN BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
REGIONAL ESTADO DE MEXICO PONIENTE**

**VENTILACION**

**ORDEN DE SERVICIO N° 152**

**1ER. SERVICIO PREVENTIVO (2024)**

**NÚMERO DE REGISTRO CCO-N-24-16-2508-0003**

**FECHA:** 05-01-24

**CONTRATO No.** 050GYR989N00124-012-00

<b>UNIDAD :</b>	<b>HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 220</b>		
<b>EQUIPO:</b>	<b>VENTILADOR</b>	<b>UBICACIÓN:</b>	<u>inhaloterapia</u>
<b>MARCA:</b>	<b>MINDRAY</b>	<b>MODELO:</b>	<b>SV600</b>
<b>SERIE:</b>	<b>AA6-07007912</b>	<b>INVENTARIO:</b>	<b>S/N</b>

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL 115-049765 EN EL 1ER SERVICIO

FILTRO BACTEREOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL

CELDA DE OXÍGENO 040-001275-00 EN EL 1ER SERVICIO

BANCO DE BATERIAS 115-034132-00 EN EL 1ER SERVICIO

CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE EN EL 1ER SERVICIO

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

OBSERVACIONES:

ING. GABRIEL MORALES MENDEZ

**NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO DEL SERVICIO**

[Firma]  
**NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE SERVICIO**

JEFE DE CONSERVACIÓN  
ING. JESÚS OCTAVIO SALGADO MARTÍNEZ  
00108217  
H.H. 220

[Firma]  
**NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE CONSERVACION**





**VIBISA**

VISIÓN BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
REGIONAL ESTADO DE MEXICO PONIENTE**

**VENTILACION**

**ORDEN DE SERVICIO N° 153**

**1ER. SERVICIO PREVENTIVO (2024)**

**NÚMERO DE REGISTRO CCO-N-24-16-2508-0003**

**FECHA:** 18-01-24

**CONTRATO No. 050GYR989N00124-012-00**

<b>UNIDAD:</b>	<b>HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 220</b>		
<b>EQUIPO:</b>	<b>VENTILADOR</b>	<b>UBICACIÓN:</b>	<u>subleterapia</u>
<b>MARCA:</b>	<b>MINDRAY</b>	<b>MODELO:</b>	<b>SV600</b>
<b>SERIE:</b>	<b>AA6-07007931</b>	<b>INVENTARIO:</b>	<b>S/N</b>

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

- KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL 115-049765 EN EL 1ER SERVICIO
- FILTRO BACTEREOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL
- CELDA DE OXÍGENO 040-001275-00 EN EL 1ER SERVICIO
- BANCO DE BATERIAS 115-034132-00 EN EL 1ER SERVICIO
- CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE EN EL 1ER SERVICIO
- KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)
- KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

OBSERVACIONES:

[Firma]  
ING. GABRIEL MORALES MENDEZ  
NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO DEL SERVICIO

[Firma]  
NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE SERVICIO



JEFE DE CONSERVACIÓN  
ING. JESÚS OCTAVIO CALZADO MARTÍNEZ  
MAT. 01186217  
H.G.R. 220  
[Firma]  
NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE CONSERVACION

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 220  
AC 516 234



**VIBISA**

VISIÓN BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
REGIONAL ESTADO DE MEXICO PONIENTE**

**VENTILACION**

**ORDEN DE SERVICIO N° 154**

**1ER. SERVICIO PREVENTIVO (2024)**

**NÚMERO DE REGISTRO CCO-N-24-16-2508-0003**

**FECHA:** 17-01-24

**CONTRATO No. 050GYR989N00124-012-00**

**UNIDAD:** HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 220

**EQUIPO:** VENTILADOR

**UBICACIÓN:** salvaoterapia

**MARCA:** MINDRAY

**MODELO:** SV600

**SERIE:** AA6-07007932

**INVENTARIO:** S/N

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL 115-049765 EN EL 1ER SERVICIO

FILTRO BACTEREOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL

CELDA DE OXÍGENO 040-001275-00 EN EL 1ER SERVICIO

BANCO DE BATERIAS 115-034132-00 EN EL 1ER SERVICIO

CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE EN EL 1ER SERVICIO

KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)

KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

OBSERVACIONES:

ING. GABRIEL MORALES MENDEZ

**NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO DEL SERVICIO**

**NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE SERVICIO**



**JEFE DE CONSERVACIÓN**  
ING. JESÚS OCTAVIO SALGADO MARTÍNEZ  
M. I. 00108217  
H.C.R. 220

**NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE CONSERVACION**





**VIBISA**

VISIÓN BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
REGIONAL ESTADO DE MEXICO PONIENTE**

**VENTILACION**

**ORDEN DE SERVICIO N° 266**

**2DO. SERVICIO PREVENTIVO (2024)**

**NUMERO DE REGISTRO CCO-N-24-16-2508-0003**

**FECHA :** 17-06-24

**CONTRATO No. 050GYR989N00124-012-00**

<b>UNIDAD :</b>	<b>HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 220</b>		
<b>EQUIPO:</b>	<b>VENTILADOR</b>	<b>UBICACIÓN:</b>	<b>INHALOTERAPIA</b>
<b>MARCA:</b>	<b>MINDRAY</b>	<b>MODELO:</b>	<b>SV600</b>
<b>SERIE:</b>	<b>AA6-07007912</b>	<b>INVENTARIO:</b>	<b>S/N</b>

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

FILTRO BACTEREOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL  
 KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)  
 KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)

17 JUN 2024  
 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  
 Recibido por:

OBSERVACIONES:

**ING. GABRIEL MORALES MENDEZ**  
**NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO DEL SERVICIO**

**NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE SERVICIO**



Ing. José Luis Martínez López  
Subjefe de Conservación

**NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE CONSERVACION**



**VIBISA**

VISIÓN BIOMÉDICA, S.A. DE C.V.

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
REGIONAL ESTADO DE MEXICO PONIENTE**

**VENTILACION**

**ORDEN DE SERVICIO N° 267**

**2DO. SERVICIO PREVENTIVO (2024)**

**NUMERO DE REGISTRO CCO-N-24-16-2508-0003**

**FECHA:** 06-06-24

**CONTRATO No. 050GYR989N00124-012-00**

<b>UNIDAD :</b>	<b>HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 220</b>		
<b>EQUIPO:</b>	<b>VENTILADOR</b>	<b>UBICACIÓN:</b>	<b>INHALOTERAPIA</b>
<b>MARCA:</b>	<b>MINDRAY</b>	<b>MODELO:</b>	<b>SV600</b>
<b>SERIE:</b>	<b>AA6-07007931</b>	<b>INVENTARIO:</b>	<b>S/N</b>
<b>DESCRIPCION DEL SERVICIO</b>			
FILTRO BACTEREOLÓGICO FLUJO PRINCIPAL			
KIT BÁSICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (EN TODOS LOS SERVICIOS)			
KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE (EN TODOS LOS SERVICIOS)			
<b>OBSERVACIONES:</b>	Recibido por:		

**ING. GABRIEL MORALES MENDEZ**

**NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO DEL SERVICIO**

**NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE SERVICIO**



**Ing. José Luis Martínez López**  
Subjefe de Conservación  
Mat. 98161901

**NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE CONSERVACION**

