

		BITACORA		FOLIO 0347	
CONTRATO: 01964R 019 U1824 - 008-00					
HOSPITAL: Hospital General Regional 180					
DIRECCIÓN: Carretera San Esteban Tlajemulco, Jalisco					
FECHA: 9-07-24		FOLIO ODS: 3213			
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Siare		MODELO: Siaretron 400		SERIE: 65319	
INVENTARIO:					
SERVICIO REALIZADO					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE		☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2do		☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
OTRO:					
FALLA REPORTADA					
Segundo Mantenimiento Preventivo Ventilador Volumétrico					
Ubicación: Inhaloterapia					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
		00400	Trampa de Agua		
		PW2023	Baterías		
		AW770	Sensor Insp.		
ACTIVIDAD REALIZADA					
Se realiza lo descrito en la orden de Servicio, suministrando las refacciones necesarias					
Se entrega al equipo trabajando al personal encargado de inhaloterapia					
El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado en un porcentaje del 100%					
Fecha de alta: 09-07-24					
IMSS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN					
09 JUL. 2024		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA	
RECIBIDO		14 05 04 200 200			
		CLAVE PRESUP. H.G.R. No. 180		HOSPITAL GENERAL REGIONAL 180	
ESTATUS DEL EQUIPO		☒ FUNCIONAL AL 100%		☐ FUERA DE SERVICIO	
				DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN	
				TLAJEMULCO, JALISCO	
NOMBRE: Luis Pedro Casas		NOMBRE: Jorge Monseváez Barranco		NOMBRE: Ing. Ramón Pila Moniano	
FIRMA:		FIRMA: 		FIRMA: 	
		MATRICULA: IMSS Mat. 11627042		MATRICULA: IMSS Mat. 991428873	
		CARGO:		CARGO:	
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	