



BITACORA

FOLIO

0388

CONTRATO: 019642019X1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 89

DIRECCIÓN: 4a. Circunvalación Apdo. Yáñez 1988 Macleán Guadalupe Jalisco

FECHA: 8 Abril 2024

FOLIO ODS: 3089

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Sart

MODELO:

Sart 4000

SERIE:

65588

INVENTARIO:

NA

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 1MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
BR119737	Celda de O ₂		
R502000A1	Kit de mantenimiento 15"		
E46512000	2 baterías 12V 13Ah		
G00435000	Sensor de flujo espiratorio		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó mantenimiento de acuerdo a 9.5 Tabla procedimiento de prueba
Servicio Manual Sart

Abierto caja OK - Bueno

Baterías espiratorio OK - Recambio

Manguera Aire O₂ OK

Cable de OK

Cable oxígeno OK

Calibraciones

Celda de O₂ 5.8 ml OK

El equipo queda operativamente apto al 100%

Sensor de flujo respiratorio OK

Equipo funcionando al 100%

Prueba de fuga Oxígeno OK

Volumen de entrada 13.8 l OK

Horas totales 5395h 1m 8s

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA
H.G.Z. No. 89

JEFATURA DE CONSERVACIÓN No. 21

11 ABR. 2024

RECIBIDO

EQUIPO CON PACIENTE

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO

NOMBRE:

Ing. Cristian Martínez
Hernández Alfaro

NOMBRE:

Dr. Eduardo Breno Díaz López
JEFE DE MEDICINA INTERNA
MAT. 99140576
DGP/793022

NOMBRE:

Ing. Aldo Gerardo Martínez Mariscal

FIRMA:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA