



HOSPITIUM
SOLUTIONS

ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3641

CONTRATO: 01964R019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 89

DIRECCIÓN: Av. Gran Colación Agustín Yañez 1483 Moderna Guadalajara Jalisco

FECHA: 9 Julio 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siarehux-4000

SERIE:

65259

INVENTARIO:

SI

SERVICIO REALIZADO



INSTALACIÓN Y
ARRANQUE



MANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 2



MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

Ubicación

Inhaloterapia

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico

Fecha de inicio de servicio: 9 Julio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R3020001	Kit de MP		
F7310002	Sensor de flujo inspiratorio		
	ranpa de agua		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla procedimiento de prueba. Servicio Manual Siare

Aspecto físico OK

Bloque inspiratorio OK

Manguera Aire OK OK

Cable CA OK

Cable O₂ OK

22.6

Calibraciones

Calda de O₂ 56mV OK

Sensor de flujo OK

Flejo 0ml mm OK

Prueba 13.7 l OK

Hrs totales 9246h 7m 6s

El equipo queda funcional al 100%

Fecha de término de servicio: 9246h 7m 6s

9 Julio 2024

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA



H.G.Z. No. 89

IMSS JEFATURA DE CONSERVACIÓN No. 21

09 JUL. 2024

RECIBIDO

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:

Ing. Cristian
Hernández Alfaro

NOMBRE:

Alejandro
Herrera

NOMBRE:

Luis Andres Medina Zaragoza

FIRMA:

[Firma de Cristian Hernández Alfaro]

FIRMA:

[Firma de Alejandro Herrera]

FIRMA:

[Firma de Luis Andres Medina Zaragoza]

MATRÍCULA:

991430269

MATRÍCULA:

IMSS MAT. 991412729

CARGO:

Inhaloterapia

CARGO:

[Firma de Luis Andres Medina Zaragoza]

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACIÓN O BIOMÉDICA