

 HOSPITIUM SOLUTIONS		ORDEN DE SERVICIO		FOLIO 3637	
CONTRATO: 91964R019N1824-008-00					
HOSPITAL: Hospital General de Zona No 89					
DIRECCIÓN: Av Circunvalación Agustín Yáñez 1488 Norte, Guadalajara Jalisco					
FECHA: 9 Julio 2024					
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Siare		MODELO: Siarebun4000		SERIE: 65271	
INVENTARIO: SI					
SERVICIO REALIZADO					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE		☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2		☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
OTRO: Ubicación Inhaloterapia					
FALLA REPORTADA					
Segundo mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico					
Fecha de inicio de servicio 9 Julio 2024					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R502000A1	Kil de NP				
F731000ZD	Sensor de flujo inspiratorio				
	Trampas de agua				
ACTIVIDAD REALIZADA					
Se realizó mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla					
procedimiento de prueba Service Manual Siare					
Aparado fardo OK					
Bhaja espiratorio OK					
Mangueras Aire O2 OK					
Cable AC OK					
Cable O2 OK					
Calibraciones					
Celda de O2 5.8mV OK					
Sensores de flujo OK					
Fugas O2 mín OK					
Baterías 13.7 V OK					
Horas totales 8899h 27m 20s					
El equipo queda funcional al 100%					
Fecha de fin de servicio 9 Julio 2024					
ESTATUS DEL EQUIPO		☒ FUNCIONAL AL 100%		☐ FUERA DE SERVICIO	
				☐ EQUIPO CON PACIENTE	
NOMBRE: Luis Cortés Hernández		NOMBRE: Alejandro Herrera		NOMBRE: Luis Andres Medina Zaragoza	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
MATRICULA:		MATRICULA: 991430269		MATRICULA:	
CARGO:		CARGO: Inhaloterapia		CARGO:	
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA	
 H.G.Z. No. 89 JEFATURA DE CONSERVACIÓN No. 21	
09 JUL. 2024	
RECIBIDO	
SELLO DE CONSERVACIÓN O BIOMEDICA 991430269 991430269 991430269	