

HOSPITIUM  
SOLUTIONS

ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3085

CONTRATO: 019642019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No 89

DIRECCIÓN: Av. Circunvalación Agustín Yáñez 1988, Moderna, Guadalajara, Jalisco

FECHA: 18 Abril 2024

## CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siareton 4000

SERIE:

65239

INVENTARIO:

NA

## SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y  
ARRANQUEMANTENIMIENTO  
PREVENTIVO # 1MANTENIMIENTO  
CORRECTIVO

OTRO:

## FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo programado

## REFACCIONES INSTALADAS

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                  | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|------------|------------------------------|--------|-------------|
| PER11917J7 | Celda de O <sub>2</sub>      |        |             |
| R502000 A1 | V.1 de mantenimiento 4000 U" |        |             |
| 196512000  | 2 baterías (12 V 1.3 Ah)     |        |             |
|            |                              |        |             |

## ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a 9.5 Tabla procedimiento de prueba.  
(Source Manual Siare)

• Aspecto físico OK - Bueno

• Bloque espiratorio OK

• Manguera Air O<sub>2</sub> OK

• Cable AC OK

• Cable oxígeno OK

Calibraciones

• Celda de O<sub>2</sub> (56mV) OK

• Sensores de flujo respiratorio OK

• Prueba de fugas 1ml/min OK

• Voltaje de baterías 13.7V OK

• Horas totales 8850h 20m 34s

El equipo queda operativamente apto al 100%.

Equipo funcionando al 100%.

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA



H.G.Z. No. 89

JEFATURA DE CONSERVACIÓN No. 21

11 ABR. 2024

RECIBIDO

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

14 04 24 14 28 02

CONSERVACIÓN

H.G.Z. 89

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:

Ing. Cristian Martín  
Hernández Alfaro

NOMBRE:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

Dr. Eduardo Breno Díaz López  
JEFE DE MEDICINA INTERNA  
MAT: 991420578  
DGP: 7930412

NOMBRE:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

Ing. Aldo Gerardo Martínez Mariscal

JEFE DE

CONSERVACIÓN

J.C.U. No. 21

MAT. 991420560

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA