



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3088

CONTRATO: 019642019 A/1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona 89

DIRECCIÓN: Av Circunvalación Agustín Yáñez 1988 Moderna Guadalajara

FECHA: 8 Abril 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siareton 4000

SERIE:

65295

INVENTARIO:

NA

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 1MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P521191717	Celda de O ₂		
P502000A1	Kit de mantenimiento 4000		
E46512000	2 baterías 12V 1.3Ah		
60435000	Sensor de flujo espiratorio		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 Tabla procedimiento de pruebas Service Manual Siare

- Asesoría física OK / Bueno
- Bloque espiratorio OK / Remplazo
- Manosera Aire O₂ OK
- Cable AC OK
- Cable oxígeno OK

- Calibraciones
- Celda de O₂ (51mV) OK
- Sensores de flujo espiratorio OK
- Pruebas de flujo 0 ml/min OK
- Voltaje de baterías 13.8V
- Horas totales 9821h 12m 7s

El equipo queda operativamente apto al 100%.

Equipo funcionando al 100%

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA
H.G.Z. No. 89
IMSS JEFATURA DE CONSERVACIÓN No. 21

11 ABR. 2024

RECIBIDO

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

11 ABR 2024

CONSERVACIÓN

P. 21.30

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Cristian Martín

Hernández Alfaro

FIRMA:

INGENIERO DE SERVICIO

NOMBRE:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

USUARIO DEL EQUIPO

NOMBRE:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

JEFE DE CONSERVACIÓN O BIOMÉDICA

Ing. Aldo Gerardo Martínez Mansal

JEFE DE
CONSERVACIÓN
J.C.U. No. 21
IMSS MAT. 991420560