



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3086

CONTRATO: 101964R019W1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 89

DIRECCIÓN: Av. Circunvalación Agustín Yáñez 1988, Monterrey, Guanajuato, México

FECHA: 8 Abril 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siarec

MODELO:

Siarec 4000

SERIE:

65271

INVENTARIO:

NA

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 1MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo Programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
B52119137	Cable de Oxígeno		
B50200041	Kil de mantenimiento 4000 15"		
196517000	2 baterías 12V 1.3Ah		
600430000	Sensor de flujo espiratorio		
F73100020	Sensor de flujo inspiratorio		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a 9.5 Tabla de procedimiento de prueba (Service Manual Siarec)

• Aparato físico OK Buena

• Biqui espiratorio OK Reemplazo

• Manguera Aire O₂ OK

• Cable AC OK

• Cable oxígeno OK

Calibraciones

• Celda de O₂ 54 mV OK

• Sensor de flujo espiratorio OK

• Prueba de fugas 0 ml/min OK

• Voltaje de baterías 13.8 V OK

• Horas totales 20 26 h 36 m 10 s

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

H.G.Z. No. 89



JEFATURA DE CONSERVACIÓN No. 21

11 ABR. 2024

RECIBIDO

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

14 04 2024

COMUNICACIÓN

ALTA

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing Cristian Martin

NOMBRE:

NOMBRE:

Hernandez Alfaro

FIRMA:

Dr. Eduardo Rentería Díaz López
JEFE DE MEDICINA INTERNA
MAT. 991420560
D.O. 29/04/12

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

Ing. Aldo Gerardo Martínez Manscal

JEFE DE CONSERVACIÓN

J.O.U. No. 21

MAT. 991420560

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA