



BITACORA

FOLIO

0393

CONTRATO: 019642 01A 11824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 14

DIRECCIÓN: Av. Raulocon 2735 Esq. Rio Nilo

FECHA: 9 Abril 2024

FOLIO ODS: 3092

## CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siarc

MODELO:

Siarc-tron 4000

SERIE:

65347

INVENTARIO:

NA

## SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y  
ARRANQUEMANTENIMIENTO  
PREVENTIVO # 1MANTENIMIENTO  
CORRECTIVO

OTRO:

## FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo programado

## REFACCIONES INSTALADAS

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                  | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|------------|------------------------------|--------|-------------|
| PSB1191737 | Celda de Oz                  |        |             |
| PSD2000A1  | Kit MP                       |        |             |
| E96512000  | Bateria 12V 1.3Ah            |        |             |
| 600435000  | Sensor de flujo espiratorio  |        |             |
| E73100020  | Sensor de flujo inspiratorio |        |             |

## ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a Tabla de mantenimiento de prueba Service Manual Siarc

Aspecto físico OK

Manguera Aire y Oz OK

Cable Oxígeno OK

Boga espiratoria OK Cambio

Cable AC OK

Calibraciones

Celda Oz 57mV OK

Sensor de flujo OK

Pruebas de fugas OK 0ml/min OK

Voltaje de baterías 5472h 59m 4s 13.8V OK

Horas totales 5472h 59m 4s

Se realiza limpieza y calibración del mezclador al 100%  
El equipo queda operativamente apto al 100%  
Equipo funcional al 100%

IMSS

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

14 0101 200 200

H.G.Z. No. 14

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA  
HOSPITAL GENERAL  
DE ZONA NO. 14  
"GUADALAJARA"  
JEFATURA DE  
CONSERVACIÓN  
DE UNIDAD NO. 1

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Castro Martín

Hernández Alfaro

NOMBRE:

Dr. José Gallegos Delgadillo

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

Jefe de Medicina Interna

Matricula 11412666

D.G.P. 1786347

NOMBRE:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACIÓN O BIOMÉDICA





BITACORA

FOLIO  
1111

CONTRATO: 010642019 N182d-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No 14

DIRECCIÓN: Av. Revolución 1735 Esq. Río Nilo

FECHA: 7 Julio 2024

FOLIO ODS: 3646

## CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siarc

MODELO:

Siarc 4000

SERIE:

65347

INVENTARIO:

SI

## SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y  
ARRANQUEMANTENIMIENTO  
PREVENTIVO # 2MANTENIMIENTO  
CORRECTIVOUbicación  
Inhaloterapia

OTRO:

## FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico  
Fecha de inicio de servicio 7 Julio 2024

## REFACCIONES INSTALADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN       | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|--------|-------------------|--------|-------------|
|        | Record            |        |             |
|        | Batería 13 V 63Ah |        |             |
|        | Tramper de agua   |        |             |
|        |                   |        |             |
|        |                   |        |             |
|        |                   |        |             |

## ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla  
procedimiento de prueba Service Manual Siarc

Aspecto físico OK  
Manguera Air 02 OK  
Cable 02 OK

Blogue y piratón OK  
Cable RA OK

## Calibraciones

Celda de O<sub>2</sub> 56mV OK  
Sensores de flujo OK  
Flujo 0 ml/min OK  
Baterías 13.7V OK  
Horas totales 5473h (8m 49)

Equipo funcional al 100%  
Fecha de termino de servicio  
7 Julio 2024

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

14 0101 200 200  
H.G.Z. No. 14

IMSS

HOSPITAL GENERAL  
DE ZONA No. 14  
"GUADALAJARA, JAL."  
JEFATURA DE

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO

CONSERVACIÓN  
DE EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Cristóbal

Hernández Affonso

FIRMA:

NOMBRE:

Dr. José Gallegos Delgadillo  
Jefe de Medicina Interna  
Matrícula 11412666  
D.G.P. 1786347

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

NOMBRE:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA