Medingenium

ORDEN DE SERVICIO

No. Orden:	005670
Fecha:	02/12/2021

DATOS GENERALES					
CLIENTE:	HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS				
DIRECCIÓN:	Tangamanga No. 205, Prados de San Vicente 2da Secc San Luis, S.L.P.				
CONTACTO:			CORREO:		
EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES		SERIE:	CN92371413	
MARCA:	PHILIPS		INVENTARIO:		
MODELO:	CM100		UBICACIÓN:		
PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	DIAGNÓSTICO:	INSTALACIÓN:		OTRO:

DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
VERIFICACIÓN DE LA CARGA EN BATERÍA DE RESPALDO
REVISIÓN DEL CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO
REVISIÓN DE MANGUERA Y BRAZALETE
REVISIÓN DE CABLE ECG
REVISIÓN DE CABLE DE TEMPERATURA

OBSERVACIONES

REFACCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

Ing. Mario Arturo Castillo Contreras
Jefe de Conservación
IMSS Mat. 11057483

CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO
REPRESENTANTE /CLIENTE

IMSS
HGZ No. 50
CONSERVACIÓN
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

IRVING PÉREZ MONTIEL

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE MEDINGENIUM S.A. DE C.V.

Medingenium

ORDEN DE SERVICIO

No. Orden:	005671
Fecha:	02/12/2021

DATOS GENERALES			
CLIENTE:	HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS		
DIRECCIÓN:	Tangamanga No. 205, Prados de San Vicente 2da Secc San Luis, S.L.P.		
CONTACTO:		CORREO:	
EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SERIE:	CN92371414
MARCA:	PHILIPS	INVENTARIO:	
MODELO:	CM100	UBICACIÓN:	

PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	DIAGNÓSTICO:	INSTALACIÓN:	OTRO:

DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
VERIFICACIÓN DE LA CARGA EN BATERÍA DE RESPALDO
REVISIÓN DEL CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO
REVISIÓN DE MANGUERA Y BRAZALETE
REVISIÓN DE CABLE ECG
REVISIÓN DE CABLE DE TEMPERATURA

OBSERVACIONES

REFACCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

Ing. Mario Arturo Castillo Contreras
Jefe de Conservación
IMSS
Mat. 11057483

CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO
REPRESENTANTE /CLIENTE

IMSS
HGZ No. 50
CONSERVACIÓN
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

IRVING PÉREZ MUNIVE

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE MEDINGENIUM S.A. DE C.V.

Medingenium

ORDEN DE SERVICIO

No. Orden:	005672
Fecha:	02/12/2021

DATOS GENERALES			
CLIENTE:	HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS		
DIRECCIÓN:	Tangamanga No. 205, Prados de San Vicente 2da Secc San Luis, S.L.P.		
CONTACTO:		CORREO:	
EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SERIE:	CN92371415
MARCA:	PHILIPS	INVENTARIO:	
MODELO:	CM100	UBICACIÓN:	

PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	DIAGNÓSTICO:	INSTALACIÓN:	OTRO:

DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
VERIFICACIÓN DE LA CARGA EN BATERÍA DE RESPALDO
REVISIÓN DEL CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO
REVISIÓN DE MANGUERA Y BRAZALETE
REVISIÓN DE CABLE ECG
REVISIÓN DE CABLE DE TEMPERATURA

OBSERVACIONES

REFACCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

Ing. Mario Arturo Castillo Contreras
Jefe de Conservación
IMSS
Mat. 11057483

CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO
REPRESENTANTE /CLIENTE

IMSS
HGZ No. 50
CONSERVACIÓN
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

IRVING PÉREZ HUNIVE

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE MEDINGENIUM S.A. DE C.V.

Medingenium

ORDEN DE SERVICIO

No. Orden:	005673
Fecha:	02/12/2021

DATOS GENERALES			
CLIENTE:	HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS		
DIRECCIÓN:	Tangamanga No. 205, Prados de San Vicente 2da Secc San Luis, S.L.P.		
CONTACTO:		CORREO:	
EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SERIE:	CN92371416
MARCA:	PHILIPS	INVENTARIO:	
MODELO:	CM100	UBICACIÓN:	

PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	DIAGNÓSTICO:	INSTALACIÓN:	OTRO:

DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
VERIFICACIÓN DE LA CARGA EN BATERÍA DE RESPALDO
REVISIÓN DEL CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO
REVISIÓN DE MANGUERA Y BRAZALETE
REVISIÓN DE CABLE ECG
REVISIÓN DE CABLE DE TEMPERATURA

OBSERVACIONES

REFACCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

Ing. Mario Arturo Castillo Contreras
Jefe de Conservación
IMSS Mat. 11057483

CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO
REPRESENTANTE /CLIENTE

IMSS
HGZ No. 50
CONSERVACIÓN
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

IRVING PÉREZ HUNIVE

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE MEDINGENIUM S.A. DE C.V.

Medingenium

ORDEN DE SERVICIO

No. Orden:	005674
Fecha:	02/12/2021

DATOS GENERALES			
CLIENTE:	HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS		
DIRECCIÓN:	Tangamanga No. 205, Prados de San Vicente 2da Secc San Luis, S.L.P.		
CONTACTO:		CORREO:	
EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SERIE:	CN92371417
MARCA:	PHILIPS	INVENTARIO:	
MODELO:	CM100	UBICACIÓN:	

PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	DIAGNÓSTICO:	INSTALACIÓN:	OTRO:

DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
VERIFICACIÓN DE LA CARGA EN BATERÍA DE RESPALDO
REVISIÓN DEL CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO
REVISIÓN DE MANGUERA Y BRAZALETE
REVISIÓN DE CABLE ECG
REVISIÓN DE CABLE DE TEMPERATURA

OBSERVACIONES

REFACCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

Ing. Mario Arturo Castillo Contreras
Jefe de Conservación
IMSS Mat. 11057483

CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO
REPRESENTANTE /CLIENTE

IMSS
HGZ No. 50
CONSERVACIÓN
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

IRVING PÉREZ MUNIVE
NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE MEDINGENIUM S.A. DE C.V.

Medingenium

ORDEN DE SERVICIO

No. Orden:	005675
Fecha:	02/12/2021

DATOS GENERALES			
CLIENTE:	HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS		
DIRECCIÓN:	Tangamanga No. 205, Prados de San Vicente 2da Secc San Luis, S.L.P.		
CONTACTO:		CORREO:	
EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SERIE:	CN92371419
MARCA:	PHILIPS	INVENTARIO:	
MODELO:	CM100	UBICACIÓN:	

PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	DIAGNÓSTICO:	INSTALACIÓN:	OTRO:

DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
VERIFICACIÓN DE LA CARGA EN BATERÍA DE RESPALDO
REVISIÓN DEL CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO
REVISIÓN DE MANGUERA Y BRAZALETE
REVISIÓN DE CABLE ECG
REVISIÓN DE CABLE DE TEMPERATURA

OBSERVACIONES

REFACCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

Ing. Mario Arturo Castillo Contreras
Jefe de Conservación
IMSS
Mat. 11057483

CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO
REPRESENTANTE /CLIENTE

IMSS
HGZ No. 50
CONSERVACIÓN
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

IRVING PÉREZ MONIVE

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE MEDINGENIUM S.A. DE C.V.

Medingenium

ORDEN DE SERVICIO

No. Orden:	005676
Fecha:	02/12/2021

DATOS GENERALES			
CLIENTE:	HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS		
DIRECCIÓN:	Tangamanga No. 205, Prados de San Vicente 2da Secc San Luis, S.L.P.		
CONTACTO:		CORREO:	
EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SERIE:	CN92371420
MARCA:	PHILIPS	INVENTARIO:	
MODELO:	CM100	UBICACIÓN:	

PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	DIAGNÓSTICO:	INSTALACIÓN:	OTRO:

DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
VERIFICACIÓN DE LA CARGA EN BATERÍA DE RESPALDO
REVISIÓN DEL CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO
REVISIÓN DE MANGUERA Y BRAZALETE
REVISIÓN DE CABLE ECG
REVISIÓN DE CABLE DE TEMPERATURA

OBSERVACIONES

REFACCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

Ing. Mario Arturo Castillo Contreras
Jefe de Conservación
IMSS Mat. 11057483

CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO
REPRESENTANTE /CLIENTE

IMSS
HGZ No. 50
CONSERVACIÓN
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Irving Pérez Munive

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE MEDINGENIUM S.A. DE C.V.

Medingenium

ORDEN DE SERVICIO

No. Orden:	005677
Fecha:	02/12/2021

DATOS GENERALES			
CLIENTE:	HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS		
DIRECCIÓN:	Tangamanga No. 205, Prados de San Vicente 2da Secc San Luis, S.L.P.		
CONTACTO:		CORREO:	
EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SERIE:	CN92371421
MARCA:	PHILIPS	INVENTARIO:	
MODELO:	CM100	UBICACIÓN:	

PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	DIAGNÓSTICO:	INSTALACIÓN:	OTRO:

DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
VERIFICACIÓN DE LA CARGA EN BATERÍA DE RESPALDO
REVISIÓN DEL CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO
REVISIÓN DE MANGUERA Y BRAZALETE
REVISIÓN DE CABLE ECG
REVISIÓN DE CABLE DE TEMPERATURA

OBSERVACIONES

REFACCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

Ing. Mario Arturo Castillo Contreras
Jefe de Conservación
IMSS Mat. 11057483

IMSS
HGZ No. 50
CONSERVACIÓN
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE /CLIENTE

IRVING PÉREZ MUNIVE

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE MEDINGENIUM S.A. DE C.V.

Medingenium

ORDEN DE SERVICIO

No. Orden:	005678
Fecha:	02/12/2021

DATOS GENERALES			
CLIENTE:	HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS		
DIRECCIÓN:	Tangamanga 205, Prados de San Vicente 2da Secc, 78397 San Luis, S.L.P.		
EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SERIE:	CN92371418
MARCA:	PHILIPS	INVENTARIO:	
MODELO:	CM100	UBICACIÓN:	

PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	DIAGNÓSTICO:	INSTALACIÓN:	OTRO:

DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
VERIFICACIÓN DE LA CARGA EN BATERÍA DE RESPALDO
REVISIÓN DEL CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO
REVISIÓN DE MANGUERA Y BRAZALETE
REVISIÓN DE CABLE ECG
REVISIÓN DE CABLE DE TEMPERATURA

OBSERVACIONES

REFACCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

Ing. Mario Arturo Castillo Contreras
Jefe de Conservación
Mat. 11057483
IMSS

CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO
REPRESENTANTE /CLIENTE

IMSS
HGZ No. 50
CONSERVACIÓN
SAN LUIS POTOSI, S.L.P

IRVING PÉREZ HONUE

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE MEDINGENIUM S.A. DE C.V.

Medingenium

ORDEN DE SERVICIO

No. Orden:	005679
Fecha:	02/12/2021

DATOS GENERALES			
CLIENTE:	HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS		
DIRECCIÓN:	Tangamanga 205, Prados de San Vicente 2da Secc, 78397 San Luis, S.L.P.		
EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SERIE:	CN92371422
MARCA:	PHILIPS	INVENTARIO:	
MODELO:	CM100	UBICACIÓN:	

PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	DIAGNÓSTICO:	INSTALACIÓN:	OTRO:

DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
VERIFICACIÓN DE LA CARGA EN BATERÍA DE RESPALDO
REVISIÓN DEL CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO
REVISIÓN DE MANGUERA Y BRAZALETE
REVISIÓN DE CABLE ECG
REVISIÓN DE CABLE DE TEMPERATURA

OBSERVACIONES

REFACCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

Ing. Mario Arturo Castillo Contreras
Jefe de Conservación
IMSS Mat. 11057483

CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO
REPRESENTANTE /CLIENTE

IMSS
HGZ No. 50
CONSERVACIÓN
SAN LUIS POTOSI, S.L.P

IRVING PÉREZ MONTIEL

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE MEDINGENIUM S.A. DE C.V.