



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016**

**PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS**

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO NÚMERO 291, 5° PISO, COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA NO. LA-019GYR120-E45-2016 (CONVOCATORIA), CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO (RLAASSP), 4.2.2.1.9, 4.2.2.1.10 Y 4.2.2.1.11 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (MAAG), ASÍ COMO EL NUMERAL 3.1 "FECHA, HORA Y LUGAR PARA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN" EN LO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----

**DESARROLLO**

I.- EL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2016, SE PUBLICÓ AVISO EN EL SISTEMA COMPRANET EN EL CUAL SE INFORMÓ A LOS LICITANTES QUE SE SUSPENDIÓ LA SESIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE, ELECTRÓNICA No. LA-019GYR120-E45-2016 PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS, PARA REANUDARLA EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2016, A LAS 10:00 A.M., FECHA Y HORA EN LA QUE SERÍAN ENVIADAS LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II DEL RLAASSP, EN RAZÓN DEL NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y CON EL FIN DE QUE EL ÁREA TÉCNICA ESTE EN POSIBILIDAD DE ATENDER DE FORMA CLARA Y PRECISA LOS PLANTEAMIENTOS REALIZADOS POR LOS PARTICIPANTES. -----

II.- EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2016, SE PUBLICÓ AVISO EN EL SISTEMA COMPRANET EN EL CUAL SE INFORMÓ A LOS LICITANTES QUE SE SUSPENDIÓ LA SESIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE, ELECTRÓNICA No. LA-019GYR120-E45-2016 PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS, PARA REANUDARLA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2016, A LAS 11:00 A.M., FECHA Y HORA EN LA QUE SERÍAN ENVIADAS LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II DEL RLAASSP, EN RAZÓN DEL NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y CON EL FIN DE QUE EL ÁREA TÉCNICA ESTE EN POSIBILIDAD DE ATENDER DE FORMA CLARA Y PRECISA LOS PLANTEAMIENTOS REALIZADOS POR LOS PARTICIPANTES. -----

III.- SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO, CON OBJETO DE DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA NO. LA-019GYR120-E45-2016 (CONVOCATORIA), CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS. -----

IV.-ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR LA C. FABIOLA FERNANDA TORRES LOZANO, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN I DEL RLAASSP, QUIEN SEÑALA QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LAASSP, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRANET), POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO CON 24



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016**

**PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS**

HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO, EN CASO CONTRARIO, LAS PREGUNTAS FORMULADAS NO SERÁN CONTESTADAS Y FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----

V.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LAASSP, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LOS SIGUIENTES LICITANTES: -----

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	FECHA	HORA	ESCRITO DE INTERÉS	NO. DE PREGUNTAS
1	MEXUNIVEN CORPORATIVO EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	COMPRANET	06/10/2016	10:30 a.m.	NO	1
2	MEXUNIVEN CORPORATIVO EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	COMPRANET	06/10/2016	10:29 a.m.	SI	0
3	MEXGLOBAL, S.A. DE C.V.	COMPRANET	06/10/2016	10:00 a.m.	NO	1
4	MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.	COMPRANET	06/10/2016	09:47 a.m.	SI	13
5	EQUIVER, S.A. DE C.V.	COMPRANET	06/10/2016	09:24 a.m.	NO	4
6	MEDICA CONSULTORA, S.A. DE C.V.	COMPRANET	05/10/2016	10:03 p.m.	SI	1
7	OLEUM PARTS, S.A. DE C.V.	COMPRANET	05/10/2016	09:34 p.m.	SI	2
8	EDGAR IVAN RODRÍGUEZ SOLIS	COMPRANET	05/10/2016	07:05 p.m.	SI	3
9	SERVICIOS PROFESIONALES EN LABORATORIOS NYS, S.A. DE C.V.	COMPRANET	05/10/2016	06:09 p.m.	SI	1
10	MEXGLOBAL, S.A. DE C.V.	COMPRANET	05/10/2016	05:28 p.m.	SI	0
11	DICIPA, S.A. DE C.V.	COMPRANET	05/10/2016	03:38 p.m.	SI	3
12	DISTRIBUIDORA MÉDICA TEYCO, S.A. DE C.V.	COMPRANET	05/10/2016	02:54 p.m.	SI	1
13	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRANET	05/10/2016	08:46 a.m.	SI	11
					<b>TOTAL</b>	<b>41</b>

VI.- SE HIZO DE CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA **EQUIVER, S.A. DE C.V.** QUE LA CARTA DE INTERÉS EN PARTICIPAR NO FUE RECIBIDA A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0, POR LO QUE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LAASSP Y 45 DEL RLAASSP, SUS PREGUNTAS NO SERÁN CONTESTADAS EN ESTE ACTO POR ESTA CONVOCANTE Y SERÁN INTEGRADAS AL EXPEDIENTE RESPECTIVO, TODA VEZ QUE SON CONSIDERADOS LICITANTES Y TIENEN DERECHO A FORMULAR SOLICITUDES DE ACLARACIÓN EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, ÚNICAMENTE LAS PERSONAS QUE MANIFIESTEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL ESCRITO REFERIDO. SE ADJUNTA AL PRESENTE, COMPROBANTE DE COMPRANET EN EL QUE CONSTAN LAS PREGUNTAS Y ESCRITOS DE INTERÉS RECIBIDOS EN TIEMPO Y FORMA. -----



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

VII.- SE HIZO DE CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA MEXUNIVEN CORPORATIVO EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V. QUE SU ESCRITO DE INTERES Y LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN REMITIDAS FUERON RECIBIDAS CON POSTERIORIDAD AL PLAZO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 "FECHA, HORA Y LUGAR PARA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN" DE LA CONVOCATORIA DE MÉRITO, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LAASSP, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN VI DEL RLAASSP, SUS PREGUNTAS NO SERÁN CONTESTADAS POR LA CONVOCANTE POR RESULTAR EXTEMPORÁNEAS, DE CONFORMIDAD CON LA IMPRESIÓN DE LA PANTALLA DEL SISTEMA COMPRANET EN DONDE SE ADVIERTE LA FECHA Y HORA EN LA QUE FUERON RECIBIDOS EN DICHO SISTEMA, INTEGRÁNDOSE ÚNICAMENTE AL EXPEDIENTE RESPECTIVO.

VIII.- LOS REPRESENTANTES DEL ÁREA TÉCNICA, SOLVENTARON LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO. LOS NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MISMOS APARECEN AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO.

IX.- ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÓ A LA LECTURA DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS INTERESADOS, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR EL ÁREA TÉCNICA Y POR LA CONVOCANTE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN, EN DONDE SE CLASIFICARON E INTEGRARON POR TEMAS LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PARA EFECTOS DE FACILITAR SU RESPUESTA DE MANERA CONJUNTA, POR CORRESPONDER A UN MISMO PUNTO, NUMERAL, APARTADO O ANEXO DE LA CONVOCATORIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 45, PENÚLTIMO PÁRRAFO, Y 46 DEL RLAASSP..

No. CON S	No. PRE V	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
1	1	SIN DATO	MEXGLOBAL, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INFORMAR QUE CANTIDAD DE EQUIPOS SE REQUIEREN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OFERTADO	SE REQUIEREN 3929 EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES"	N/A	ÁREA TÉCNICA
2	2	DEL ANEXO 1, EN EL ANEXO TÉCNICO, CLAVE (533.435.0021.02.01) QUE HACE REFERENCIA AL EQUIPO LECTOR DE LOS INSUMOS SOLICITADOS	MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.	DICE: AUTOVERIFICACIÓN ELECTRÓNICA INTERNA AL ENCENDER EL INSTRUMENTO, DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE SOLICITAMOS QUE DICHA VERIFICACIÓN SEA CADA QUE SE REALICE UNA PRUEBA Y NO AL INICIO DE LA JORNADA, YA QUE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SE REQUIERE PARA CADA UNO DE LOS RESULTADOS Y NO SOLO AL ENCENDER EL EQUIPO, ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO. SE SOLICITA EQUIPO CON AUTOVERIFICACION ELECTRONICA INTERNA AL ENCENDER EL INSTRUMENTO, TODA VEZ QUE LA MICROCUBETA SOLICITADA EN LAS PRESENTES BASES, CUENTA CON EL REACTIVO PARA GENERAR LA REACCION DE AZIDAMETAHEMOGLOBINA, LA CUAL EVITA LA NECESIDAD DE VERIFICAR CADA VEZ QUE SE REALICE CADA PRUEBA, PARA GARANTIZAR LA PRECISIÓN Y CALIDAD DEL RESULTADO.	N/A	ÁREA TÉCNICA
3	2	DEL ANEXO 1, EN EL ANEXO TÉCNICO		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR, CON MICROCUBETA QUE SERVIRÍA COMO PIPETA QUE NO	NO SE ACEPTA. LA TECNOLOGIA SOLICITADA EN EL ANEXO TECNICO ANEXO 1 ES MEDIANTE EL METODO DE	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

				REQUIERE REACTIVO, SE ACEPTA?	REACCION DE AZIDAMETAHEMOGLOBINA MODIFICADA, LA CUAL CUMPLE CON EL METODO DE REFERENCIA INTERNACIONAL ICSH (INTERNATIONAL COUNCIL FOR STANDARDIZATION IN HAEMATOLOGY), EL CUAL ES EL ESTANDAR INTERNACIONAL QUE RIGE ACTUALMENTE, POR LO CUAL SU PROPUESTA DIFIERE AL REQUERIMIENTO, TODA VEZ QUE NO ES ACEPTABLE UNA MEDICIÓN CON OTRO TIPO DE REACCION O SIN REACTIVO.		
4	2	DEL ANEXO 1, EN EL ANEXO TÉCNICO		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR, CON MICROCUBETA QUE NO REQUIERE REACTIVO LIOFILIZADO, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. LA TECNOLOGIA SOLICITADA EN EL ANEXO TECNICO ANEXO 1 ES MEDIANTE EL METODO DE REACCION DE AZIDAMETAHEMOGLOBINA MODIFICADA, LA CUAL CUMPLE CON EL METODO DE REFERENCIA INTERNACIONAL ICSH (INTERNATIONAL COUNCIL FOR STANDARDIZATION IN HAEMATOLOGY), EL CUAL ES EL ESTANDAR INTERNACIONAL QUE RIGE ACTUALMENTE, POR LO CUAL SU PROPUESTA DIFIERE AL REQUERIMIENTO, TODA VEZ QUE NO ES ACEPTABLE UNA MEDICIÓN CON OTRO TIPO DE REACCION O SIN REACTIVO.	N/A	ÁREA TÉCNICA
5	2	DEL ANEXO 1, EN EL ANEXO TÉCNICO		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA UN INTERVALO DE MEDICIÓN CON UN RANGO DE + - 5% AL SOLICITADO, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. EL RANGO SOLICITADO EN EL ANEXO TECNICO ANEXO 1 CORRESPONDE DE 0 - 25.6 g/dL, LA VARIACION PORCENTUAL DEL RANGO DE MEDICION SOLICITADA LIMITA LA COBERTURA DEL DIAGNOSTICO A LOS PACIENTES	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

6	2	DEL ANEXO 1, EN EL ANEXO TÉCNICO, RANGO DE LONGITUD DE ONDA MÚLTIPLE DE 450 NM A 750 NM . LA TURBIDEZ SE MIDE Y SE COMPENSA EN LONGITUDES DE ONDA INFRARROJA		CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PODEMOS OFERTAR EQUIPO QUE REALIZA LA LECTURA EN MULTIPLES LONGITUDES DE ONDA, CUMPLIENDO CABALMENTE CON LA COMPENSACIÓN DE LA TURBIDEZ, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE REQUIERE, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y LOS RANGOS DE MEDICION DEL BIEN, QUE LA LECTURA SE REALICE A DOS LONGITUDES DE ONDA, DE 570 Y 880 NANOMETROS, DE ACUERDO AL ESTÁNDAR ISCH (INTERNATIONAL COUNCIL FOR STANDARDIZATION IN HAEMATOLOGY), EL CUAL ES EL ESTANDAR INTERNACIONAL QUE RIGE ACTUALMENTE. ASIMISMO SU CUESTIONAMIENTO NO PRECISA LAS LONGITUDES DE ONDA PARA PODER SER EVALUADA SU PREGUNTA.	N/A	ÁREA TÉCNICA
7	2	DEL ANEXO 1, EN EL ANEXO TÉCNICO, TRANSFERENCIA DE DATOS MEDIANTE INTERFAZ USB 2.0 Y SOFTWARE DE TRANSFERENCIA		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD DE TRANSFERIR LOS RESULTADOS MEDIANTE INTERFAZ USB, SE ACEPTA?	SU SOLICITUD DE CAPACIDAD DE TRANSFERIR LOS RESULTADOS MEDIANTE INTERFAZ USB, DIFIERE A LA DESCRIPCION DEL BIEN, RAZON POR LA CUAL SU CUESTIONAMIENTO NO VERSA A LA DESCRIPCION DE LAS PRESENTES BASES, SIN EMBARGO SE ACEPTA SU PROPUESTA NO SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES	N/A	ÁREA TÉCNICA
8	2	DEL ANEXO 1, EN EL ANEXO TÉCNICO, FUENTE DE PODER: CORRIENTE ALTERNA DE 100-240 VAC A 50 Y 60 HZ Ó ALIMENTACIÓN MEDIANTE USB DE 100 2MA (PC)/ 300 MA (RED ELECTRICA). CON BATERÍA INTEGRADA RECARGABLE DE		PODEMOS OFERTAR EQUIPO CON TECNOLOGÍA SUPERIOR QUE CUENTA CON BATERÍA DE LITIO RECARGABLE CON CAPACIDAD PARA TRABAJAR POR VARIAS SEMANAS CUANDO LA BATERÍA ESTÁ TOTALMENTE CARGADA, LO QUE IMPLICA UN BENEFICIO PARA SU INSTITUCIÓN SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. EL NUMERAL QUE CITA COMO BASE DE SU PREGUNTA NO EXISTE EN EL ANEXO 1, TODA VEZ QUE EN EL ANEXO 1 ANEXO TECNICO DE LAS PRESENTES BASES DE ESTA LICITACION SE ENUNCIA EN FORMA TEXTUAL; "FUENTE DE PODER: CORRIENTE ALTERNA 120-127 VAC, UTILIZA BATERIAS TIPO AA Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE ALTERNA", EN NINGÚN CONCEPTO SEÑALA "FUENTE DE PODER: CORRIENTE ALTERNA DE 100-240 VAC A 50 Y 60 HZ Ó ALIMENTACIÓN MEDIANTE USB DE 100 2MA (PC)/ 300	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

		LITIO DE 3.6 V			MA (RED ELECTRICA). CON BATERÍA INTEGRADA RECARGABLE DE LITIO DE 3.6 V", POR LO QUE SU CUESTIONAMIENTO NO VERSA A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ANEXO TECNICO.		
9	2	DEL ANEXO 1, EN EL ANEXO TÉCNICO, CADUCIDAD PAGINA OCHO		LA VIDA ÚTIL DE LAS MICROCUBETAS DEBERÁ MANTENERSE HASTA SU FECHA DE CADUCIDAD AUN DESPUES DE ABIERTO EL EMPAQUE O FRASCO?	NO ES NECESARIO ESTE REQUISITO, SIN EMBARGO SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES	N/A	ÁREA TÉCNICA
10	2	DEL ANEXO 1, EN EL ANEXO TÉCNICO, CADUCIDAD PAGINA OCHO		PARA ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA, SOLICITAMOS QUE LAS MICROCUBETAS CUENTE CON CADUCIDAD DE 30 MESES COMPROBABLES CON EL REGISTRO SANITARIO, SE ACEPTA?	SE REQUIERE CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. SIN EMBARGO SE PODRA OFRECER CADUCIDADES MAYORES A LAS ESTABLECIDAS, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.	N/A	ÁREA TÉCNICA
11	2	DEL ANEXO 1, EN EL ANEXO TÉCNICO, QUE OFREZCA RESULTADOS CON CALIDAD DE LABORATORIO EN UN TIEMPO NO MAYOR A 60 SEGUNDOS.		CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES EL EQUIPO OFERTADO DEBERÁ EMITIR LOS RESULTADOS EN MENOS DE 5 SEGUNDOS, SE ACEPTA?	SE REQUIEREN RESULTADOS EN UN TIEMPO NO MAYOR A 60 SEGUNDOS, POR LO QUE SU PROPUESTA SE ACEPTA SIN SER ESTO OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.	N/A	ÁREA TÉCNICA
12	2	DEL ANEXO 1, EN EL ANEXO TÉCNICO		DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE SOLICITAMOS QUE DERIVADO DE QUE EL ÁREA DE LA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD IMSS PROSPERA TIENE ANTECEDENTES SOBRE LA LIMITACIÓN DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN LO CUAL SE EVIDENCIA MEDIANTE UN ARTÍCULO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO MILENIO EN LA NOTA DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2014 POR HÉCTOR MOCTEZUMA, NO SE LIMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y SE CONSIDEREN LAS CLAVES DE CUADRO BÁSICO REALES, ES DECIR LAS PUBLICADAS EN EL CUADRO BÁSICO DE AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO DEL	NO SE ESTA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACION A LOS LICITANTES, TODA VEZ QUE LA DESCRIPCION, CARACTERISTICAS Y REQUISITOS SOLICITADAS EN LAS PRESENTES BASES, CORRESPONDEN A LOS LINEAMIENTOS DEL CUADRO BASICO DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO DEL INSTITUTO, ASIMISMO ÉSTA DESCRIPCION SE FUNDAMENTA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION (DOF) DEL 22 DE JUNIO DEL 2011, REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BASICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA

No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

			<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS PUBLICADAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN NO. LA-019GYR120-E45-2016 PARA EL ANALIZADOR DE LAS MICROCUBETAS, ORIENTAN HACIA UNA MARCA ESPECÍFICA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN.</p> <p>HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/HECTOR_MOCTEZUMA/PUGNAS-EQUIPO-ENRIQUE-PENA_18_423737698.HTML</p>	<p>DEL SECTOR SALUD, CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, EN EL ARTICULO 44, QUE DICE. "LAS DESCRIPCIONES DE LAS CEDULAS DE EQUIPO MEDICO CON FINES DE DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO CONSIDERARÁN LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES MAS SOBRESALIENTES, ESTABLECIENDO MÍNIMOS DE SEGURIDAD DE LOS INSUMOS QUE ASI LO REQUIERAN. CUANDO LAS CEDULAS DESCRIPTIVAS CONTENGAN MAS DE UNA OPCION DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES DE UN INSUMO, LAS INSTITUCIONES DE SALUD DETERMINARAN LAS OPCIONES DE ACUERDO CON SUS REQUERIMIENTOS DE ATENCION.", MOTIVO POR EL CUAL EL REQUERIMIENTO DEL ANALIZADOR DE LAS MICROCUBERTAS SE FUNDAMENTA EN EL CUADRO BASICO DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO DEL INSTITUTO Y EL ARTICULO 44 SEÑALADO EN FORMA TEXTUAL</p>		
13	2	DEL ANEXO 1, EN EL ANEXO TECNICO	<p>EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A MI PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA EJERCER MI DERECHO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 66 DE LA LAASSP PARA INCONFORMARME.</p>	<p>LOS LICITANTES PODRÁN HACER VALER LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7 "INCONFORMIDADES" DE LA CONVOCATORIA.</p>	N/A	ÁREA TÉCNICA
14	2	DEL ANEXO 1, EN EL ANEXO TECNICO	<p>YA QUE EL OBJETO DE LA LICITACIÓN ES LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS, DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO QUE SE REQUIERE EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE, DEBERÁ CORRESPONDER EN MARCA Y MODELO A LAS MICROCUBETAS QUE EL LICITANTE OFERTE, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTO, SE REQUIEREN EQUIPOS EN DEMOSTRACION PERMANENTE QUE SEAN COMPATIBLES CON LAS MICROCUBETAS SOLICITADAS. TANTO EL EQUIPO Y LA MICROCUBETA DEBERAN DE CUMPLIR JUSTA Y CABALMENTE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TECNICO ANEXO 1 Y ANEXO 2</p>	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

					TERMINOS Y CONDICIONES DE LAS PRESENTES BASES		
15	3	EN EL ANEXO 2, TERMINOS Y CONDICIONES.	MEDICA CONSULTORA, S.A. DE C.V.	SOLICITAN QUE EL PLAZO DE ENTREGA SEA DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, QUE DEBIDO A LAS CANTIDADES SOLICITADAS, SE NOS PERMITA ENTREGAR EN UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES	NO SE ACEPTA. EL PLAZO DE ENTREGA SOLICITADO EN ESTA LICITACION ES DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES A LA NOTIFICACION DEL FALLO, TODA VEZ QUE SE TIENE PROGRAMADO EL SUMINISTRO Y ABASTO A LAS UNIDADES MEDICAS URBANAS Y RURALES DEL INSTITUTO CONSIDERANDO ESTE PERIODO	N/A	ÁREA TÉCNICA
16	4	ANEXOS NUMERAL 1 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA. OBJETO DE LA CONTRATACION.		SOLICITAMOS AMABLEMENTE LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL NUMERO DE FOTOMETROS PARA LA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA EN SANGRE CAPILAR ES CORRECTO YA QUE PARA LA CANTIDAD DE MICROCUBETAS QUE ESTAN SOLICITANDO CONSIDERAMOS QUE NO CORRESPONDE AL NUMERO DE FOTOMETROS REQUERIDOS.  ¿NOS PODRIAN ACLARAR LA CANTIDAD DE EQUIPOS QUE SOLICITAN?	SE SOLICITAN 3,929 EQUIPOS, LO CUAL SE INDICA EN EL ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, Y CUYA DESCRIPCION SE ESTABLECE EN EL ANEXO 1 ANEXO TECNICO DE LAS PRESENTES BASES	N/A	ÁREA TÉCNICA
17	4	ANEXOS ANEXO 4 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIA 4.1.1 SEXTO PARRAFO FOLLETO TECNICO DE LA SOLUCION SOPORTE, ASI COMO MANUAL DE OPERACIÓN Y LA IMPRESIÓN DE LAS PANTALLAS DE FUNCIONAMIENTO	OLEUM PARTS, S.A. DE C.V.	¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NO INDIQUE A QUE SE REFIERE ESPECIFICAMENTE CON ESTE PUNTO?	NO SE DEBERÁ CONSIDERAR. SE ADJUNTA A LA PRESENTE EL ARCHIVO CON EL ANEXO 4 QUE DEBERÁ SER CONSIDERADO POR LOS LICITANTES EN LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.	N/A	ÁREA CONVOCANTE





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

18	5	PUNTO 2.1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		<p>LA COVONCANTE SOLICITA: FRASCO DE MICROCUBETAS PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO 533.435.0021.02.01 HEMOGLOBINOMETRO.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TIRAS REACTIVAS CON METODOLOGÍA A TRAVÉS DE FOTOMETRÍA DE REFLECTANCIA, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE HA DEMOSTRADO QUE DICHA TECNOLOGÍA ES IGUAL O SUPERIOR A LA SOLICITADA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA. SE SOLICITAN MICROCUBETAS CON METODOLOGÍA FOTOMETRÍA DE ABSORBANCIA, CON REACCION DE AZIDAMETAHEMOGLOBINA MODIFICADA, MOTIVO POR EL CUAL SU PETICIÓN DIFIERE A LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES, TODA VEZ QUE LAS TIRAS REACTIVAS QUE PROPONE NO CUMPLEN CON LA EXACTITUD Y PRECISIÓN EN LAS MEDICIONES QUE SE SOLICITAN EN EL ANEXO 1 ANEXO TECNICO</p>	N/A	ÁREA TÉCNICA
19	5	ANEXO TÉCNICO, DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES .	1 EDGAR IVAN RODRÍGUEZ SOLIS	<p>LA CONVOCANTE SOLICITA EQUIPO EN COMODATO; ANALIZADOR DE HEMOGLOBINA PORTATIL PARA DETERMINAR CIFRAS DE HEMOGLOBINA TOTAL EN SANGRE, CAPILAR, VENOSA O ARTERIAL.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR EQUIPOS EN COMODATO QUE UTILICEN TIRA REACTIVA CON UN CHIP DECODIFICADOR, Y QUE UTILICE METODOLOGÍA COLORIMÉTRICA</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA. SE SOLICITAN MICROCUBETAS PARA SER UTILIZADAS EN EQUIPOS EN COMODATO, CON METODOLOGÍA FOTOMETRÍA DE ABSORBANCIA, CON REACCION DE AZIDAMETAHEMOGLOBINA MODIFICADA, MOTIVO POR EL CUAL SU PETICIÓN DIFIERE A LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES, TODA VEZ QUE EL EQUIPO Y LAS TIRAS REACTIVAS QUE PROPONE NO CUMPLEN CON LA EXACTITUD Y PRECISIÓN EN LAS MEDICIONES QUE SE SOLICITAN EN EL ANEXO 1 ANEXO TECNICO</p>	N/A	ÁREA TÉCNICA
20	5	ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA	2	<p>LA CONVOCANTE SOLICITA COMO PLAZO DE ENTREGA; 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA ESTA PARTIDA HACER ENTREGAS PARCIALES TRIMESTRALES EN EL ALMACÉN GENERAL O EN CADA UNA DE LAS UNIDADES, EN EL</p>	<p>EL PLAZO DE ENTREGA SOLICITADO EN ESTA LICITACION ES DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES A LA NOTIFICACION DEL FALLO, TODA VEZ QUE SE TIENE PROGRAMADO EL SUMINISTRO Y ABASTO A LAS UNIDADES MEDICAS URBANAS Y RURALES DEL INSTITUTO CONSIDERANDO ESTE PERIODO</p>	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

				ENTENDIDO DE QUE SE PUEDA GARANTIZAR LA ADECUADA CADUCIDAD Y ALMACENAJE DEL PRODUCTO.  ¿SE ACEPTA?		
21	6	ANEXO TÉCNICO DESCRIPCIÓN, INSUMOS. 1	SERVICIOS PROFESIONALES EN LABORATORIOS NYS, S.A. DE C.V.	SOLICITAN LANCETA CON MEDIDA DE 28 O 30 G, ¿ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR YA SEA DE 28 G, O 30 G, O UNA COMBINACIÓN DE AMBAS MEDIDAS	SI SE ACEPTA, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD Y SOBRE TODO OFRECER LAS CANTIDADES SOLICITADAS DEL ANEXO 1 ANEXO TECNICO	N/A  ÁREA TÉCNICA
22	7	4.1.1 NUMERAL 3, LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ SER FIRMADA DE MANERA ELECTRÓNICA.	DICIPA, S.A. DE C.V.	DERIVADO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SI CON ESTA FIRMA SE PUEDEN DEJAR DE FIRMAR AUTÓGRAFAMENTE LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA.	ES PROCEDENTE SU SOLICITUD, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 50 DEL RLAASSP QUE ESTABLECE QUE LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA, SE EMPELARÁN LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO EN LA LAASSP, PARA LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN SU PROPOSICIÓN (MANIFIESTOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ENTRE OTROS)	N/A  ÁREA CONVOCANTE
23	7	4.2 INCISO G) LA FALTA DE FOLIO EN LA PROPOSICIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 50 SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP		SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI EL FOLIO SOLICITADO ES DE MANERA INDIVIDUAL EN LAS PROPUESTAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS O SERÁ UN NUMERACIÓN CONTINUA.	DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 50 DEL RLAASSP, SE DEBERÁN ENUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE.	N/A  ÁREA CONVOCANTE
24	7	ANEXO 2		EN EL ENTENDIDO DE QUE EL PLAZO DE	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO	N/A  ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA

No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

		TÉRMINOS Y CONDICIONES, PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ENTREGA SOLICITADO ES DE 30 DÍAS NATURALES, Y CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES EN DICHO PLAZO, Y EN EL LUGAR DE ENTREGA SOLICITADO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER ENTREGAS PARCIALES, CUMPLIENDO CON EL PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA SOLICITADO DE LOS 30 DÍAS NATURALES	CUMPLA CON EL TOTAL SOLICITADO, Y HAGA UNA PREVIA SOLICITUD AL ALMACEN.		
25	8	DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA.	DISTRIBUIDORA MÉDICA TEYCO, S.A. DE C.V.	<p>¿SON APLICABLES A LA PRESENTE LICITACIÓN LOS SIGUIENTES 3 DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 4 DE LA PARTE TÉCNICA?</p> <p>ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LOS LICITANTES PARTICIPANTES PROPORCIONEN LOS DATOS DEL SOPORTE EN LÍNEA (TELÉFONO, PÁGINA WEB)</p> <p>FOLLETO TÉCNICO DE LA SOLUCIÓN SOPORTE, ASÍ COMO MANUAL DE OPERACIÓN Y LA IMPRESIÓN DE LAS PANTALLAS DE FUNCIONAMIENTO.</p> <p>ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SE COMPROMETE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, ENTREGARA EL REPORTE GRÁFICO, ASÍ COMO LA IMPRESIÓN DE LAS PANTALLAS QUE DEMUESTREN SU FUNCIONAMIENTO.</p> <p>LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE DICHS DOCUMENTOS NO SE ENCUENTRAN RELACIONADOS EN EL CUERPO DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</p>	NO SON APLICABLES. SE ADJUNTA A LA PRESENTE EL ARCHIVO CON EL ANEXO 4 QUE DEBERÁ SER CONSIDERADO POR LOS LICITANTES EN LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.	N/A	ÁREA CONVOCANTE
26	9	SIN DATO	SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	1.3.- IDIOMA EN QUE SE DEBERÁN PRESENTAR LAS PROPUESTAS, LOS ANEXOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, ASÍ COMO EN SU CASO LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN USTEDES	DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.3, LOS FOLLETOS, CATALOGOS, INSTRUCTIVOS, O MANUALES DE USO PARA CORROBORAR LAS	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA

No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

			INDICAN QUE EN CASO DE QUE LOS BIENES REQUIERAN DE ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE USO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MISMOS, ÉSTOS DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL. EN CASO DE VENIR EN IDIOMA INGLÉS, DEBERÁ PRESENTAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, Y EN CASO DE VENIR EN UN IDIOMA DIFERENTE AL INGLÉS, LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, DEBERÁ REALIZARSE POR UN PERITO TRADUCTOR AUTORIZADO. ENTENDEMOS QUE ESTO APLICARÍA EL FOTÓMETROS PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA Y NO ASÍ PARA LA CAJA CON 100 LANCETAS Y DISPOSITIVOS DE PUNCIÓN COMPATIBLES CON LAS LANCETAS SUMINISTRADAS. ¿ESTAMOS EN LO CORRECTO?	ESPECIFICACIONES, CARATCERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MISMOS, ESTOS DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, EN CASO DE VENIR EN IDIOMA INGLÉS U OTRO IDIOMA, DEBERÁ PRESENTAR LA TRADUCCION SIMPLE AL ESPAÑOL. ESTO APLICA PARA TODO LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES Y SUS ANEXOS, INCLUYENDO LOS INSUMOS, LA DESCRIPCION DEL BIEN INCLUYE LA TOTALIDAD CONFORME AL ANEXO 1 TECNICO		
27	9	SIN DATO	ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES USTEDES SOLICITAN COPIA DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE CLAVE PROPUESTA. ENTENDEMOS QUE SOLO SE REQUIERE REGISTRO PARA LAS MICROCUBETAS LAS CUALES SON OBJETO DE ESTA LICITACIÓN Y NO ASÍ PARA LA CAJA CON 100 LANCETAS, FOTÓMETROS PARA LA DETERMINACIÓN DE DISPOSITIVOS DE PUNCIÓN COMPATIBLES CON LAS LANCETAS SUMINISTRADAS. ¿ESTAMOS EN LO CORRECTO?	NO ES CORRECTO. SE REQUIERE PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE QUE CONTEMPLA EL REQUIRIMIENTO DEL NUMERAL 2.1 OBJETO DE ESTA LICITACION, ANEXO TECNICO 1 Y ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES.  PARA MAYOR PRECISION, ESTO INCLUYE PRESENTAR REGISTRO SANITARIO DE LAS MICROCUBETAS, DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES (FOTOMETRO), DE LAS LANCETAS Y DEL DISPOSITIVO DE PUNCIÓN, CON OBJETO DE GARANTIZAR LA CALIDAD QUE OFRECEN LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES.	N/A	ÁREA TÉCNICA
28	9	SIN DATO	MUESTRA FISICA.	DEBERÁN PRESENTAR UN FOTÓMETRO CON SUS	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA

No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

			<p>PODRIA ACLARAR LA CONVOCANTE, CUANTOS JUEGOS REQUIERE PARA LA MUESTRA FISICA, O SOLO SE REFIERE A UN FOTOMETRO (UNA PIEZA), PUNCIOMETRO (UNA PIEZA), LANCETAS CAJA CON (100 LANCETAS), CONTENEDOR DE 50 MICROCUBETAS (1PIEZA).</p>	<p>ACCESORIOS, Y FUNCIONANDO, UN PUNCIÓNADOR, UNA CAJA DE LANCETAS, Y UN CONTENEDOR CON 50 MICROCUBETAS CERRADO, CONFORME A LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 2</p>		
29	9	SIN DATO	<p>4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR 4.1.1 PROPUESTA TÉCNICA, LA CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ANEXO. ¿ACEPTA LA CONVOCANTE QUE EN LA PROPUESTA TECNICA SE OFERTEN LANCETAS Y DISPOSITIVO PUNCIÓNADOR DE ORIGEN CHINO?</p>	<p>NO SE ACEPTA. EL OBJETO DE LA LICITACIÓN ES BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE LOS QUE MEXICO FORMA PARTE, PARA MAYOR REFERENCIA A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN LOS MISMOS: TLC DE AMERICA DEL NORTE, TLC MEXICO COLOMBIA VENEZUELA, TLC MEXICO ISRAEL, TLC MEXICO UNION EUROPEA, TLC MEXICO ESTADOS DE LA ASOCIACION EUROPEA DEL LIBRE COMERCIO, TLC MEXICO JAPON, TLC MEXICO CHILE. COMO SE OBSERVA EN LAS PRESENTES BASES, SOLO SE ACEPTARÁN BIENES CUYO ORIGEN SEA ALGUNO DE LOS PAISES QUE SUSCRIBEN LOS TRATADOS CITADOS EN LAS PRESENTES BASES.</p>	N/A	ÁREA TÉCNICA
30	9	SIN DATO	<p>4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR 4.1.1 PROPUESTA TÉCNICA, LA CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ANEXO. ¿ACEPTA LA CONVOCANTE QUE EN LA PROPUESTA TECNICA SE OFERTEN LANCETAS Y DISPOSITIVO PUNCIÓNADOR DE ORIGEN JAPONES?</p>	<p>EL OBJETO DE LA LICITACIÓN ES BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE LOS QUE MEXICO FORMA PARTE, PARA MAYOR REFERENCIA A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN LOS MISMOS: TLC DE AMERICA DEL NORTE, TLC MEXICO COLOMBIA VENEZUELA, TLC MEXICO ISRAEL, TLC MEXICO UNION EUROPEA, TLC MEXICO ESTADOS DE LA ASOCIACION EUROPEA DEL LIBRE COMERCIO, TLC MEXICO JAPON, TLC MEXICO CHILE. COMO SE OBSERVA EN LAS PRESENTES BASES, SOLO</p>	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

					SE ACEPTARÁN BIENES CUYO ORIGEN SEA ALGUNO DE LOS PAISES QUE SUSCRIBEN LOS TRATADOS CITADOS EN LAS PRESENTES BASES.		
31	9	SIN DATO		ANEXO TECNICO, DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES. ¿ACEPTA LA CONVOCANTE LANCETAS EN PRESENTACION DE 200 PIEZAS Y QUE SE ENTREGAN EL NUMERO DE PIEZAS HASTA ENTREGAR EL TOTAL SOLICITADO DE 2,788, ¿000 PIEZAS?	SI SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES	N/A	ÁREA TÉCNICA
32	9	SIN DATO		ANEXO TECNICO, DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES. ¿ACEPTA LA CONVOCANTE QUE EN LA PROPUESTA TECNICA SE OFERTEN MICROCUBETAS DE ORIGEN ALEMAN?	EL OBJETO DE LA LICITACIÓN ES BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE LOS QUE MEXICO FORMA PARTE, PARA MAYOR REFERENCIA A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN LOS MISMOS: TLC DE AMERICA DEL NORTE, TLC MEXICO COLOMBIA VENEZUELA, TLC MEXICO ISRAEL, TLC MEXICO UNION EUROPEA, TLC MEXICO ESTADOS DE LA ASOCIACION EUROPEA DEL LIBRE COMERCIO, TLC MEXICO JAPON, TLC MEXICO CHILE. COMO SE OBSERVA EN LAS PRESENTES BASES, SOLO SE ACEPTARÁN BIENES CUYO ORIGEN SEA ALGUNO DE LOS PAISES QUE SUSCRIBEN LOS TRATADOS CITADOS EN LAS PRESENTES BASES.	N/A	ÁREA TÉCNICA
33	9	SIN DATO		ANEXO TECNICO, DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES. NOTA: EL PROVEEDOR GANADOR DEBERA OTORGAR, LOS INSUMOS Y EQUIPOS RELACIONADOS EN EL CUADRO DE DISTRIBUCION ANEXO SIN COSTO ALGUNOS PARA EL INSTITUTO, ASI MISMO SE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS ENTREGADOS CON LOS CONSUMIBLES DEBERAN SER DE PRESENTACION PERMANENTE HASTA QUE LOS	EL LICITANTE GANADOR DEBERA ENTREGAR EL TOTAL DE LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES EN UN PLAZO NO MAYOR A 30 DIAS NATURALES EN EL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO, CONFORME AL ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, EN EL APARTADO LUGAR DE ENTREGA. NO SE DEBE DE CONSIDERAR NINGUN CUADRO DE DISTRIBUCION EN SU	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
 COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA

No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

			<p>CONSUMIBLES SEAN CONSUMIDOS AL 100%</p> <p>SE ENTIENDE QUE EL OFERTANTE DEBERA ENTREGAR FOTOMETROS NUEVOS, LANCETAS, PUNCIÓNADOR Y NO SOLO MICROCUBETAS PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA TOTAL MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACION.</p>	<p>PROPUESTA.</p> <p>CON REFERENCIA A SU SEGUNDA PREGUNTA; EFECTIVAMENTE, SE DEBEN DE ENTREGAR EQUIPOS NUEVOS CONFORME A LA DESCRIPCION DEL ANEXO 1 ANEXO TECNICO QUE SE SOLICITA EN LA DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES Y ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES.</p>		
34	9	SIN DATO	<p>ANEXO TECNICO, DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES.</p> <p>EN ANTERIORES LICITACIONES PARA ADQUISICION DE MICROCUBETAS PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA TOTAL LAS UNIDADES YA CONTABAN CON FOTOMETROS INSTALADOS Y SOLO SE REQUERIA OFERTAR LANCETAS, PUNCIÓNADOR, MICROCUBETAS, SE ENTIENDE QUE EN LA PRESENTE LICITACION SE TENDRAN QUE COLOCAR EQUIPOS NUEVOS Y NO SOLO OFERTAR LOS CONSUMIBLES COMPATIBLES CON EL FOTOMETRO.</p>	<p>SE DEBEN DE ENTREGAR EQUIPOS NUEVOS CONFORME AL REQUERIMIENTO SEÑALADO EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, Y ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES</p>	N/A	ÁREA TÉCNICA
35	9	SIN DATO	<p>ANEXO TECNICO, DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES.</p> <p>EN CASO DE QUE SE REQUIERAN ENTREGAR FOTOMETROS NUEVOS EN LAS UNIDADES ACEPTA LA CONVOCANTE QUE SE OFERTEN Y ENTREGUEN EQUIPOS NUEVOS Y QUE INCLUYAN IMPRESORA TÉRMICA CON ADAPTADOR DE CORRIENTE Y CABLE "INTERFAZ" SIMPRE Y CUANDO SEAN SIN COSTO PARA EL INSTITUTO.</p>	<p>NO SE ACEPTA, SE REQUIEREN EQUIPOS NUEVOS QUE CUMPLAN CON EL ANEXO 1 ANEXO TECNICO Y ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES. NO SE REQUIEREN IMPRESORAS DE NINGÚN TIPO CON ADAPTADOR DE CORRIENTE Y CABLE "INTERFAZ". POR LO QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA EN LAS UNIDADES, SE ACLARA QUE SE DEBERA ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO.</p>	N/A	ÁREA TÉCNICA
36	9	SIN DATO	<p>ANEXO TECNICO, DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES.</p>	<p>EN EL ANEXO 1 ANEXO TECNICO SE DESCRIBE EN FORMA DETALLADA LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES</p>	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA

No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

			¿PODRÍA INDICAR LA CONVOCANTE SI REQUIERE CONTROL BAJO DE HEMOGLOBINA, Y CONTROL ALTO DE HEMOGLOBINA?	BASES, EN ESTE ANEXO NO SE SOLICITAN CONTROLES.		
--	--	--	---	---	--	--

X.- SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SE ENVIÓ A TRAVÉS DE COMPRANET LAS RESPUESTAS ANTES SEÑALADAS Y EL ARCHIVO QUE CONTIENE EL ANEXO 4 EN FORMATO WORD, DE ACUERDO CON EL INFORME IMPRIMIBLE DE COMPRANET (SE ANEXA PANTALLA), A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS Y SE OTORGÓ UN PLAZO DE 06 HORAS COMO MÁXIMO PARA QUE LOS LICITANTES REVISEN LAS RESPUESTAS PROPORCIONADAS, PARA EL ENVÍO DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LAS MISMAS, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II DEL RLAASSP. -----

XI.-TERMINADO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL ANTERIOR, SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA MINUTOS SE REANUDÓ LA JUNTA DE ACLARACIONES, VERIFICANDO EN COMPRANET 5.0, QUE SE RECIBIERON NUEVAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RESPECTO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS, TAL Y COMO SE MUESTRA EN LA PANTALLA DE COMPRANET QUE SE ANEXA A LA PRESENTE, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: -----

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	FECHA	HORA	NO. DE PREGUNTAS
1	MCD SERVICIOS INTEGRales DE DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.	COMPRANET	11/10/2016	04:43 p.m.	6
2	OLEUM PARTS S.A. DE C.V.	COMPRANET	11/10/2016	04:08 p.m.	7
3	MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.	COMPRANET	11/10/2016	04:06 p.m.	1
4	EQUIVER S.A. DE C.V.	COMPRANET	11/10/2016	03:59 p.m.	1
TOTAL					15

XII.- ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÓ A LA LECTURA DE LAS NUEVAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS EN EL PLAZO OTORGADO PARA TAL FIN, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR EL ÁREA TÉCNICA Y POR LA CONVOCANTE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN, EN DONDE SE CLASIFICARON E INTEGRARON POR TEMAS LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PARA EFECTOS DE FACILITAR SU RESPUESTA DE MANERA CONJUNTA, POR CORRESPONDER A UN MISMO PUNTO, NUMERAL, APARTADO O ANEXO DE LA CONVOCATORIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 45, PENÚLTIMO PÁRRAFO, Y 46 DEL RLAASSP.. -----

No. CONG. REPRESENTANTE	No. PROV.	LICITANTE	PREGUNTA DE ACLARACIÓN A LA QUE SE REFIERE	TIPO DE PREGUNTA	RESPUESTA IMSS A LA PREGUNTA INICIAL	REPREGUNTA	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
1		OLEUM PARTS, S.A. DE C.V.	NO. CONS 1, NO. PROV 1, LICITANTE MEXGLOBAL S.A. DE C.V. Y SU RESPUESTA		LA CONVOCANTE INDICA EN SU R*ESPUESTA: SE REQUIEREN 3929	ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE 3,929 EQUIPOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS DURANTE EL TIEMPO REQUERIDO PARA EL	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. CONFORME AL ANEXO 2 Y TERMINOS CONDICIONES,	N/A	ÁREA TÉCNICA





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016  
PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

No. CONS REPRE SUNTA	No. PROV	LICITANTE	PREGUNTA ACLARACIÓN A LA QUE HACE Y/O REFERENCIA	RESPUESTA IMSS A LA PREGUNTA INICIAL	REPREGUNTA	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA EMITE QUE LA RESPUESTA
			CORRESPONDIENTE. NO. CONS 16, NO. PROV 4, LICITANTE OLEUM PARTS S.A. DE C.V. Y SU RESPUESTA CORRESPONDIENTE.	EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES"	CONSUMO DE LOS MATERIALES (MICROCUBETAS); EN VIRTUD DE LO CITADO CON ANTERIORIDAD, ¿EL TIEMPO REQUERIDO PARA EL CONSUMO DE LAS 2'788,000 MICROCUBETAS SOLICITADAS VENCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016? ¿ESTO ES CORRECTO?	CONDICIONES DE ENTREGA, TERCER PÁRRAFO, QUE EN FORMA TEXTUAL INDICA; "EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ OTORGAR LOS INSUMOS Y EQUIPOS RELACIONADOS EN EL CUADRO UBICADO EN EL OBJETO DE LA CONTRATACION SIN COSTO ALGUNO PARA EL INSTITUTO, ASIMISMO SE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS ENTREGADOS, CON SUS CONSUMIBLES DEBERÁN DE SER EN PRESENTACIÓN PERMANENTE HASTA QUE LOS INSUMOS SEAN CONSUMIDOS AL 100%", RAZÓN POR LA CUAL NO SE LE PUEDE SEÑALAR FECHA DE TÉRMINO.		
2	1		NO. CONS 1, NO. PROV 1, LICITANTE MEXGLOBAL S.A. DE C.V. Y SU RESPUESTA CORRESPONDIENTE. NO. CONS 16, NO. PROV 4, LICITANTE OLEUM PARTS S.A. DE C.V. Y SU RESPUESTA CORRESPONDIENTE.	SE REQUIEREN 3929 EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES"  SE SOLICITAN 3,929 EQUIPOS, LO CUAL SE INDICA EN EL ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, Y CUYA DESCRIPCION SE ESTABLECE EN EL ANEXO 1 ANEXO TECNICO DE LAS	EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA REPREGUNTA ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS SERÁN UTILIZADOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y EN CONSECUENCIA, LA CONVOCANTE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO LOS 3,929 EQUIPOS PARA QUE SEAN RETIRADOS DEL INSTITUTO A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2017. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. CONFORME AL ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES DE ENTREGA, TERCER PÁRRAFO, QUE EN FORMA TEXTUAL INDICA; "EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ OTORGAR LOS INSUMOS Y EQUIPOS RELACIONADOS EN EL CUADRO UBICADO EN EL OBJETO DE LA CONTRATACION SIN COSTO ALGUNO PARA EL INSTITUTO, ASIMISMO SE	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016  
PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

No. CONS REPRE GUNTA	No. PROV	LICITANTE	FREGUNTA ACLARACIÓN QUE REFERENCIA	Y/O A LA HACE	RESPUESTA IMSS A LA PREGUNTA INICIAL	REPREGUNTA	RESPUESTA IMSS	DEBE DFCUR: (EN SU CASO)	ÁREA EMITE QUE LA RESPUESTA
					PRESENTES BASES.		REQUIERE QUE LOS EQUIPOS ENTREGADOS, CON SUS CONSUMIBLES DEBERÁN DE SER EN PRESENTACIÓN PERMANENTE HASTA QUE LOS INSUMOS SEAN CONSUMIDOS AL 100%", RAZÓN POR LA CUAL NO SE LE PUEDE SEÑALAR FECHA DE TÉRMINO.		
3	1		NO. CONS 1, NO. PROV 1, LICITANTE MEXGLOBAL S.A. DE C.V. Y SU RESPUESTA CORRESPONDIENTE. NO. CONS 16, NO. PROV 4, LICITANTE OLEUM PARTS S.A. DE C.V. Y SU RESPUESTA CORRESPONDIENTE.		SE REQUIEREN 3929 EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES".  SE SOLICITAN 3,929 EQUIPOS, LO CUAL SE INDICA EN EL ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES, Y CUYA DESCRIPCIÓN SE ESTABLECE EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE LAS PRESENTES BASES.	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA REPREGUNTA 1 ANTERIOR, DEBEMOS ENTENDER QUE LOS INSUMOS SOLICITADOS (MICROCUBETAS) PODRÁN SER CONSUMIDOS DURANTE EJERCICIOS O PERIODOS POSTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. CONFORME AL ANEXO 2 Y TERMINOS Y CONDICIONES DE ENTREGA, TERCER PÁRRAFO, QUE EN FORMA TEXTUAL INDICA; "EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ OTORGAR LOS INSUMOS Y EQUIPOS RELACIONADOS EN EL CUADRO UBICADO EN EL OBJETO DE LA CONTRATACION SIN COSTO ALGUNO PARA EL INSTITUTO, ASIMISMO SE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS ENTREGADOS, CON SUS CONSUMIBLES DEBERÁN DE SER EN PRESENTACIÓN PERMANENTE HASTA QUE LOS INSUMOS SEAN CONSUMIDOS AL 100%", RAZÓN POR LA CUAL NO SE LE PUEDE SEÑALAR FECHA DE TÉRMINO.	N/A	ÁREA TÉCNICA
	1		NO. CONS 1, NO. PROV 1, LICITANTE		SE REQUIEREN 3929	EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

No. CONS REPREGUNTA	No. PROV	LICITANTE	PREGUNTA A LA QUE SE REFIERE	V/O QUE SE HACE	RESPUESTA IMSS A LA PREGUNTA INICIAL	REPREGUNTA	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			MEXGLOBAL S.A. DE C.V. Y SU RESPUESTA CORRESPONDIENTE. NO. CONS 16, NO. PROV 4, LICITANTE OLEUM PARTS S.A. DE C.V. Y SU RESPUESTA CORRESPONDIENTE.		EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES".  SE SOLICITAN 3,929 EQUIPOS, LO CUAL SE INDICA EN EL ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, Y CUYA DESCRIPCION SE ESTABLECE EN EL ANEXO 1 ANEXO TECNICO DE LAS PRESENTES BASES	REPREGUNTA 3 ANTERIOR, DEBEMOS ENTENDER QUE LOS INSUMOS SOLICITADOS (MICROCUBETAS) SERÁN UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2017 CON EL RECURSO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2016, EN CONTRAVENCIÓN CON EL DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PREGUNTA NO CORRESPONDE NI SE RELACIONA CON LA PREGUNTA HECHA POR LA EMPRESA MEXGLOBAL S.A. DE C.V., LA CUAL SE REFIERE AL NÚMERO DE EQUIPOS SOLICITADOS.		
5	1		NO. CONS 1, NO. PROV 1, LICITANTE MEXGLOBAL S.A. DE C.V. Y SU RESPUESTA CORRESPONDIENTE. NO. CONS 16, NO. PROV 4, LICITANTE OLEUM PARTS S.A. DE C.V. Y SU RESPUESTA CORRESPONDIENTE.		SE REQUIEREN 3929 EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES".  SE SOLICITAN 3,929 EQUIPOS, LO CUAL SE INDICA EN EL ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, Y CUYA DESCRIPCION SE ESTABLECE EN EL ANEXO 1 ANEXO TECNICO DE LAS PRESENTES BASES	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA REPREGUNTA 4 ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE LOS 3,929 EQUIPOS SOLICITADOS NO PODRÁN SER UTILIZADOS CON POSTERIORIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y, EN CONSECUENCIA LOS MISMOS DEBERÁN SER PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL LICITANTE GANADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2017. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN)	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. CONFORME AL ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, DE ENTREGA, TERCER PÁRRAFO, QUE EN FORMA TEXTUAL INDICA: "EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ OTORGAR LOS INSUMOS Y EQUIPOS RELACIONADOS EN EL CUADRO UBICADO EN EL OBJETO DE LA CONTRATACION SIN COSTO ALGUNO PARA EL INSTITUTO, ASIMISMO SE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS ENTREGADOS, CON SUS CONSUMIBLES DEBERÁN DE SER EN PRESENTACIÓN PERMANENTE HASTA QUE	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA

No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

No. CONS REPRESENTACIÓN	No. PROV	LICITANTE	PREGUNTA A LA QUE SE REFIERE	Y/O A LA QUE SE REFIERE	RESPUESTA IMSS A LA PREGUNTA INICIAL	REPREGUNTA	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
							LOS INSUMOS SEAN CONSUMIDOS AL 100%", RAZÓN POR LA CUAL NO SE LE PUEDE SEÑALAR FECHA DE TÉRMINO.		
6	1		NO. CONS 1, NO. PROV 1, LICITANTE MEXGLOBAL S.A. DE C.V. Y SU RESPUESTA CORRESPONDIENTE. NO. CONS 16, NO. PROV 4, LICITANTE OLEUM PARTS S.A. DE C.V. Y SU RESPUESTA CORRESPONDIENTE. NO. CONS 34, NO. PROV 9, LICITANTE SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		SE REQUIEREN 3929 EQUIPOS, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES".  SE SOLICITAN 3,929 EQUIPOS, LO CUAL SE INDICA EN EL ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES, Y CUYA DESCRIPCIÓN SE ESTABLECE EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE LAS PRESENTES BASES.  SE DEBEN DE ENTREGAR EQUIPOS NUEVOS CONFORME AL REQUERIMIENTO SEÑALADO EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, Y ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES.	EN VIRTUD DE LAS RESPUESTAS A LAS REPREGUNTAS QUE ANTECEDEN Y TODA VEZ QUE LA CONVOCANTE REQUIERE EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES NO PODRÁN UTILIZARSE CON POSTERIORIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DISMINUYA SU REQUERIMIENTO DE EQUIPOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA. SE REQUIEREN 3,929 EQUIPOS ANALIZADORES NUEVOS DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO Y TERMINOS Y CONDICIONES, DE LAS PRESENTES BASES.	N/A	ÁREA TÉCNICA
7			NO. CONS 27, NO. PROV 9, LICITANTE SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		NO ES CORRECTO. SE REQUIERE PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE QUE CONTEMPLA EL	LA CONVOCANTE REQUIERE QUE EL LICITANTE PARTICIPANTE PRESENTE EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, TANTO DE LAS MICROCUBETAS, EQUIPOS, LANCETAS Y DISPOSITIVO DE PUNCIÓN, CON	SE DARÁ CUMPLIMIENTO AL ORDENAMIENTO DEL ARTICULO 134 CONSTITUCIONAL, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA

No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

No. CONS. REPRESENTACIÓN	No. PROV.	LICITANTE	PREGUNTA ACLARACIÓN QUE REFERENCIA	Y/O A LA QUE HACE	RESPUESTA IMSS A LA PREGUNTA INICIAL	REPREGUNTA	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					REQUIRIMIENTO DEL NUMERAL 2.1 OBJETO DE ESTA LICITACION, ANEXO TECNICO 1 Y ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES.  PARA MAYOR PRECISION, ESTO INCLUYE PRESENTAR REGISTRO SANITARIO DE LAS MICROCUBETAS, DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES (FOTOMETRO), DE LAS LANCETAS Y DEL DISPOSITIVO DE PUNCION, CON OBJETO DE GARANTIZAR LA CALIDAD QUE OFRECEN LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES.	EL OBJETO DE GARANTIZAR LA CALIDAD QUE OFRECEN LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES, TODO ELLO ENTENDEMOS QUE ES OBLIGACIÓN DE LA CONVOCANTE, EN EL CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO 134 CONSTITUCIONAL; POR LO TANTO, LA NO OBSERVANCIA EN LA REVISIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS REGISTROS SANITARIOS QUE PRESENTEN LOS PARTICIPANTES, SERÁ MOTIVO DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR O SERVIDORES PUBLICOS QUE REALICEN EL DICTAMEN TECNICO CORRESPONDIENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PUBLICO, Y LOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA DE LAS PRESENTES BASES, PÁGINA 1, PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFO INICIAL.		
8	2	MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICOS S.S.A. DE C.V.	PODEMOS OFERTAR EQUIPO CON TECNOLOGÍA SUPERIOR QUE CUENTA CON BATERÍA DE LITIO RECARGABLE CON CAPACIDAD PARA TRABAJAR POR VARIAS SEMANAS CUANDO LA BATERÍA ESTÁ TOTALMENTE CARGADA, LO QUE IMPLICA UN BENEFICIO PARA SU INSTITUCIÓN SE		NO SE ACEPTA. EL NUMERAL QUE CITA COMO BASE DE SU PREGUNTA NO EXISTE EN EL ANEXO 1, TODA VEZ QUE EN EL ANEXO 1 ANEXO TECNICO DE LAS PRESENTES BASES DE ESTA LICITACION SE ENUNCIA EN FORMA TEXTUAL; "FUENTE DE PODER: CORRIENTE ALTERNA 120-127 VAC, UTILIZA BATERIAS TIPO AA Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE AL	REFERENCIA: FUENTE DE PODER CORRIENTE ALTERNA 120-127 VCA, UTILIZA BATERÍAS TIPO AA Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE ALTERNA.  PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON TECNOLOGÍA SUPERIOR QUE EVITARÍA RETRASOS EN EL ABASTO DE PILAS, QUE CUENTA CON BATERÍA DE LITIO RECARGABLE, CON CAPACIDAD	NO SE ACEPTA. NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO ANEXO 1.	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

No. CONS REPRESENTACIÓN	No. PROV	LICITANTE	PREGUNTA A CLARIFICAR QUE REFERENCIA	Y/O A LA QUE SE HACE	RESPUESTA IMSS A LA PREGUNTA INICIAL	REPREGUNTA	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIDIR (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			ACEPTA?		TERNA", EN NINGUN CONCEPTO SEÑALA "FUENTE DE PODER: CORRIENTE AL TERNA DE 100-240 VAC A 50 Y 60 HZ Ó ALIMENTACIÓN MEDIANTE USB DE 100 2MA (PC)/ 300 MA (RED ELECTRICA). CON BATERÍA INTEGRADA RECARGABLE DE LITIO DE 3.6 V", POR LO QUE SU CUESTIONAMIENTO NO VERSA A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ANEXO TECNICO.	PARA TRABAJAR JORNADA COMPLETA DE TRABAJO, LO QUE IMPLICA UN BENEFICIO PARA SU INSTITUCIÓN, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SE ACEPTA?			
9	2		LA CONVOCANTE SOLICITA COMO PLAZO DE ENTREGA; 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA ESTA PARTIDA HACER ENTREGAS PARCIALES TRIMESTRALES EN EL ALMACÉN GENERAL O EN CADA UNA DE LAS UNIDADES, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE PUEDA GARANTIZAR LA ADECUADA CADUCIDAD Y ALMACENAJE DEL PRODUCTO. ¿SE ACEPTA?		EL PLAZO DE ENTREGA SOLICITADO EN ESTA LICITACION ES DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES A LA NOTIFICACION DEL FALLO, TODA VEZ QUE SE TIENE PROGRAMADO EL SUMINISTRO Y ABASTO A LAS UNIDADES MEDICAS URBANAS Y RURALES DEL INSTITUTO CONSIDERANDO ESTE PERIODO	REFERENCIA: EL PLAZO DE ENTREGA SOLICITADO EN ESTA LICITACION ES DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES A LA NOTIFICACION DEL FALLO, TODA VEZ QUE SE TIENE PROGRAMADO EL SUMINISTRO Y ABASTO A LAS UNIDADES. PREGUNTA: PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ENTREGAS DE LOS BIENES A LOS 30 DÍAS NATURALES, ES NECESARIO ENTREGAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE DONDE SE COMPROMETE A RESPALDAR DICHA ENTREGA?	NO ES NECESARIO, NO ES UN REQUISITO DE LAS PRESENTES BASES.	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

No. CONS. REPRESENTACIÓN	No. PROV.	LICITANTE	PREGUNTA A LA QUE SE REFIERE	Y/O A LA QUE SE REFIERE	RESPUESTA IMSS A LA PREGUNTA INICIAL	REPREGUNTA	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIDIRSE (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
10	2		LA CONVOCANTE SOLICITA COMO PLAZO DE ENTREGA; 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA ESTA PARTIDA HACER ENTREGAS PARCIALES TRIMESTRALES EN EL ALMACÉN GENERAL O EN CADA UNA DE LAS UNIDADES, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE PUEDA GARANTIZAR LA ADECUADA CADUCIDAD Y ALMACENAJE DEL PRODUCTO. ¿SE ACEPTA?		EL PLAZO DE ENTREGA SOLICITADO EN ESTA LICITACION ES DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES A LA NOTIFICACION DEL FALLO, TODA VEZ QUE SE TIENE PROGRAMADO EL SUMINISTRO Y ABASTO A LAS UNIDADES MEDICAS URBANAS Y RURALES DEL INSTITUTO CONSIDERANDO ESTE PERIODO	REFERENCIA: SE TIENE PROGRAMADO EL SUMINISTRO Y ABASTO A LAS UNIDADES MEDICAS URBANAS Y RURALES DEL INSTITUTO CONSIDERANDO ESTE PERIODO  PREGUNTA: TOMANDO EN CUENTA QUE ALGUNOS DE LOS EQUIPOS SERÁN ENTREGADOS EN UNIDADES MÉDICAS RURALES Y PARA OFRECER MAYOR CERTEZA DIAGNÓSTICA EN ESTAS UNIDADES, LOS EQUIPOS DEBERÁN OFRECER LOS VALORES DE HEMATOCRITO AUTOMATICAMENTE CON LOS DE HEMOGLOBINA?	NO SE ACEPTA. TODA VEZ QUE SU CUESTIONAMIENTO NO SE REFIERE NI SE RELACIONA AL TEMA DE LA ENTREGA, LA CUAL CORRESPONDE A 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DEL FALLO.	N/A	ÁREA TÉCNICA
11	2		ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES USTEDES SOLICITAN COPIA DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE CLAVE		NO ES CORRECTO. SE REQUIERE PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE QUE CONTEMPLA EL REQUIRIMIENTO DEL NUMERAL 2.1 OBJETO DE ESTA LICITACION, ANEXO TECNICO 1 Y ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES. PARA MAYOR PRECISION, ESTO INCLUYE PRESENTAR REGISTRO SANITARIO DE LAS	REFERENCIA: PARA MAYOR PRECISION, ESTO INCLUYE PRESENTAR REGISTRO SANITARIO DE LAS MICROCUBETAS, DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES (FOTOMETRO), DE LAS LANCETAS Y DEL DISPOSITIVO DE PUNCION, CON OBJETO DE GARANTIZAR LA CALIDAD QUE OFRECEN LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES.  PREGUNTA: JUNTO CON EL REGISTRO SANITARIO SE DEBE INCLUIR LA	NO SE ACEPTA. TODA VEZ QUE SU CUESTIONAMIENTO NO SE REFIERE NI SE RELACIONA AL TEMA DE LOS REGISTROS SANITARIOS. NO SE SOLICITA CARTA DEL FABRICANTE DE NINGUNO DE LOS BIENES SOLICITADOS EN LAS PRESENTES BASES.	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016  
PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

No. CONS REPREGUNTA	No. PROV	LICITANTE	PREGUNTA A LA QUE SE REFIERE	¿YA HACE?	RESPUESTA IMSS A LA PREGUNTA INICIAL	REPREGUNTA	RESPUESTA IMSS	DEBE RECIBIR (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			PROPUESTA. ENTENDEMOS QUE SOLO SE REQUIERE REGISTRO PARA LAS MICROCUBETAS LAS CUALES SON OBJETO DE ESTA LICITACIÓN Y NO ASÍ PARA LA CAJA CON 100 LANCETAS, FOTÓMETROS PARA LA DETERMINACIÓN DE DISPOSITIVOS DE PUNCIÓN COMPATIBLES CON LAS LANCETAS SUMINISTRADAS. ¿ESTAMOS EN LO CORRECTO?		MICROCUBETAS, DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES (FOTOMETRO), DE LAS LANCETAS Y DEL DISPOSITIVO DE PUNCIÓN, CON OBJETO DE GARANTIZAR LA CALIDAD QUE OFRECEN LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES.	CARTA DEL FABRICANTE DE CADA UNO DE LOS BIENES?			
12	2		ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES USTEDES SOLICITAN COPIA DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE CLAVE PROPUESTA. ENTENDEMOS QUE SOLO SE REQUIERE REGISTRO PARA LAS MICROCUBETAS LAS CUALES SON OBJETO DE ESTA LICITACIÓN		NO ES CORRECTO. SE REQUIERE PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE QUE CONTEMPLA EL REQUIRIMIENTO DEL NUMERAL 2.1 OBJETO DE ESTA LICITACION, ANEXO TECNICO 1 Y ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES. PARA MAYOR PRECISION, ESTO INCLUYE PRESENTAR REGISTRO SANITARIO DE LAS MICROCUBETAS, DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES (FOTOMETRO), DE LAS LANCETAS Y DEL DISPOSITIVO DE PUNCIÓN, CON OBJETO DE GARANTIZAR LA	REFERENCIA: DE LAS LANCETAS Y DEL DISPOSITIVO DE PUNCIÓN, CON OBJETO DE GARANTIZAR LA CALIDAD QUE OFRECEN LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES.  PREGUNTA: SE ACEPTA LANCETA CON DISPOSITIVO DE PUNCIÓN INTEGRADO?	NO SE ACEPTA. DEBERÁ ENTREGAR LANCETAS Y DISPOSITIVOS DE PUNCIÓN CONFORME A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, EN EL PÁRRAFO LANCETAS.	N/A	ÁREA TÉCNICA





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

No. CONS REPRE GINTA	No. PROV	LICITANTE	PREGUNTA ACLARACIÓN A LA QUE HACE REFERENCIA	YO A LA PREGUNTA INICIAL	RESPUESTA IMSS A LA PREGUNTA INICIAL	REPREGUNTA	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIDIR EN SU CASO	ÁREA EMITE LA RESPUESTA
			Y NO ASI PARA LA CAJA CON 100 LANCETAS, FOTÓMETROS PARA LA DETERMINACIÓN DE DISPOSITIVOS DE PUNCIÓN COMPATIBLES CON LAS LANCETAS SUMINISTRADAS. ¿ESTAMOS EN LO CORRECTO?		CALIDAD QUE OFRECEN LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES.				
13	2		4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR 4.1.1 PROPUESTA TÉCNICA, LA CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ANEXO. ¿ACEPTA LA CONVOCANTE QUE EN LA PROPUESTA TECNICA SE OFERTEN LANCETAS Y DISPOSITIVO PUNCIÓNADOR DE ORIGEN CHINO?		NO SE ACEPTA. EL OBJETO DE LA LICITACIÓN ES BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE LOS QUE MEXICO FORMA PARTE, PARA MAYOR REFERENCIA A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN LOS MISMOS: TLC DE AMERICA DEL NORTE, TLC MEXICO COLOMBIA VENEZUELA, TLC MEXICO ISRAEL, TLC MEXICO UNION EUROPEA, TLC MEXICO ESTADOS DE LA ASOCIACION EUROPEA DEL LIBRE COMERCIO, TLC MEXICO JAPON, TLC MEXICO CHILE. COMO SE OBSERVA EN LAS PRESENTES BASES, SOLO SE ACEPTARÁN BIENES CUYO ORIGEN SEA ALGUNO DE LOS PAISES QUE SUSCRIBEN LOS TRATADOS CITADOS EN LAS PRESENTES	REFERENCIA: COMO SE OBSERVA EN LAS PRESENTES BASES, SOLO SE ACEPTARÁN BIENES CUYO ORIGEN SEA ALGUNO DE LOS PAISES QUE SUSCRIBEN LOS TRATADOS CITADOS EN LAS PRESENTES BASES.  PREGUNTA: EN CASO DE OFERTAR BIENES DE PAISES CON LOS QUE MÉXICO TIENE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, NOS PUEDE INDICAR SI EL ANEXO 8 C DEBERÁ IR FIRMADO POR EL FABRICANTE Y EL LICITANTE?	NO SE ACEPTA. EL ANEXO 8 C CONTEMPLA SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA LICITANTE.	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

No. CONS REPREGUNTA	No. PROV	LICITANTE	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN A LA QUE SE REFERENCIA	RESPUESTA INSS A LA PREGUNTA INICIAL	REPREGUNTA	RESPUESTA INSS	DEBE DECIR (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
14	2		ANEXO TECNICO, DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES. EN ANTERIORES LICITACIONES PARA ADQUISICION DE MICROCUBETAS PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA TOTAL LAS UNIDADES YA CONTABAN CON FOTOMETROS INSTALADOS Y SOLO SE REQUERIA OFERTAR LANCETAS, PUNCIÓNADOR, MICROCUBETAS, SE ENTIENDE QUE EN LA PRESENTE LICITACION SE TENDRAN QUE COLOCAR EQUIPOS NUEVOS Y NO SOLO OFERTAR LOS CONSUMIBLES COMPATIBLES CON EL FOTOMETRO.	BASES. SE DEBEN DE ENTREGAR EQUIPOS NUEVOS CONFORME AL REQUERIMIENTO SEÑALADO EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, Y ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES	REFERENCIA: SE DEBEN DE ENTREGAR EQUIPOS  PREGUNTA: DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS A UTILIZAR SON EN COMODATO, PODEMOS ENTREGAR EQUIPOS REUTILIZADOS EN BUENAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON TODO LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO Y ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES, ASÍ COMO A LA JUNTA DE ACLARACIONES	NO SE ACEPTA. SE DEBEN ENTREGAR EQUIPOS NUEVOS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, Y ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES.	N/A	ÁREA TÉCNICA

XIII.- SE HACE DE CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES QUE LA EMPRESA **EQUIVER, S.A. DE C.V.**, DE CONFORMIDAD CON SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN, ACREDITÓ EL ENVIÓ A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0 DE LA CARTA DE INTERÉS EN PARTICIPAR DENTRO DEL PLAZO OTORGADO PARA TAL FIN, LO QUE FUE VERIFICADO EN EL REFERIDO SISTEMA (SE ANEXA PANTALLA), POR LO QUE SE DA RESPUESTA A SUS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE:-----

No. CD NS	No. PROJ	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA INSS	DEBE DECIR (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
37	10	ANEXO 1.	EQUIVER S.A.	DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE	LA CLAVE SOLICITADA DEL INSUMO	N/A	AREA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

No. CO NS	No. PROV	NÚMERO DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
		ANEXO TÉCNICO	DE C.V.	SOLICITAMOS PROPORCIONE LA CLAVE DE CUADRO BÁSICO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL IMSS DEL INSUMO QUE SE PRETENDE ADQUIRIR, ES DECIR LA DE NÚMERO 370.081.0462.00.01 FRASCO DE MICROCUBETAS.	QUE SE VA A ADQUIRIR ES 370.081.0462.00.01		TÉCNICA
38	10	ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO		DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE SOLICITAMOS ACLARE QUE DEBIDO A QUE EL OBJETO DE LA LICITACIÓN ES LA COMPRA DE MICROCUBETAS (ES DECIR INSUMOS) Y NO EQUIPOS LECTORES NI LANCETAS Y PUNCIÓNADORES LOS CUALES SE REQUIERE SEAN ENTREGADOS EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE, DEBEMOS ENTENDER QUE EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ANALIZADORES QUE PERMITAN LA LECTURA DE LAS MICROCUBETAS QUE PROPONGA, ASI COMO LANCETAS Y DISPOSITIVOS DE PUNCIÓN ACORDE A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE, ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO. SE SOLICITAN MICROCUBETAS PARA SER UTILIZADAS EN EQUIPOS EN COMODATO CON METODOLOGÍA FOTOMETRÍA DE ABSORBANCIA, CON REACCIÓN DE AZIDAMETAHEMOGLOBINA MODIFICADA. ADICIONALMENTE SE REQUIEREN EQUIPOS ANALIZADORES NUEVOS CUYA DESCRIPCION SE DETALLA EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO. CON RESPECTO A LAS LANCETAS Y DISPOSITIVOS DE PUNCIÓN SE DESCRIBE LO QUE SE SOLICITA EN EL MISMO ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO.	N/A	ÁREA TÉCNICA
39	10	ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO		DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE SE SOLICITA QUE LA ESPECIFICACIÓN COLOCADA PARA LA CLAVE(533.435.0021.02.01) QUE HACE REFERENCIA AL EQUIPO SEA LA CORRECTA, YA QUE DIFIERE DE LA REAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CUADRO BÁSICO DE AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y A ESTA SE LE AGREGAN CARACTERÍSTICAS QUE LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE ACEPTA?	NO SE ESTA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN A LOS LICITANTES, TODA VEZ QUE LA DESCRIPCION, CARACTERISTICAS Y REQUISITOS SOLICITADAS EN LAS PRESENTES BASES, CORRESPONDEN A LOS LINEAMIENTOS DEL CUADRO BASICO DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO DEL INSTITUTO, ASIMISMO ÉSTA DESCRIPCION SE FUNDAMENTA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION (DOF) DEL 22 DE JUNIO DEL 2011, REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BASICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD, CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, EN EL ARTICULO 44, QUE DICE "LAS DESCRIPCIONES DE LAS CEDULAS	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

No. CO NS	No. PROV	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					DE EQUIPO MEDICO CON FINES DE DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO CONSIDERARÁN LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES MAS SOBRESALIENTES, ESTABLECIENDO MÍNIMOS DE SEGURIDAD DE LOS INSUMOS QUE ASI LO REQUIERAN. CUANDO LAS CEDULAS DESCRIPTIVAS CONTENGAN MAS DE UNA OPCION DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES DE UN INSUMO, LAS INSTITUCIONES DE SALUD DETERMINARAN LAS OPCIONES DE ACUERDO CON SUS REQUERIMIENTOS DE ATENCION.", MOTIVO POR EL CUAL EL REQUERIMIENTO DEL ANALIZADOR DE LAS MICROCUBETAS SE FUNDAMENTA EN EL CUADRO BÁSICO DE AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO DEL INSTITUTO Y EL ARTÍCULO 44 SEÑALADO EN FORMA TEXTUAL.		
40	10	ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO		ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, DEBIDO A QUE LOS INSUMOS SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL DEL RÉGIMEN PROSPERA, DENTRO DE LOS CUALES EXISTEN UNOS UBICADOS EN ZONAS DE TEMPERATURAS EXTREMAS, POR LO QUE DEBEMOS ENTENDER QUE EL INSUMO QUE SE PRETENDE ADQUIRIR DEBERA TENER ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO A TEMPERATURAS AMBIENTE EN UN RANGO DE 0-50 ° C, ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, TODA VEZ QUE EL REQUISITO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE DE LAS MICROCUBETAS NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES.	N/A	ÁREA TÉCNICA

XIV.- SIENDO LAS VEINTIUN HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, SE ENVIARON POR COMPRANET LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS POR PARTE DE LA EMPRESA EQUIVER, S.A. DE C.V., PARA QUE LA MISMA Y LOS DEMÁS LICITANTES REVISARAN LAS RESPUESTAS ENTREGADAS; SEÑALÁNDOSE QUE PODRÍAN FORMULAR PREGUNTAS, LAS CUALES DEBERÍAN VERSAR ÚNICAMENTE SOBRE LAS RESPUESTAS PROPORCIONADAS A LA EMPRESA EQUIVER, OTORGÁNDOSE DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS COMO MÁXIMO PARA EL ENVÍO DE ACLARACIONES A LAS MISMAS POR EL SISTEMA COMPRANET Y SE OTORGÓ EL MISMO PLAZO A LA EMPRESA EQUIVER, S.A. DE C.V. PARA REALIZAR PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA RESPUESTAS OTORGADAS A LAS PREGUNTAS INICIALES, LAS QUE SE HICIERON DE CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES MEDIANTE AVISO DE FECHA 11 DE



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

OCTUBRE DE 2016, A LAS 11:39 A.M., POR LO QUE LA HORA LÍMITE PARA ENTREGARLAS SERÁ A LAS DIEZ HORAS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2016, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II DEL RLAASSP.

XV.-TERMINADO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL ANTERIOR, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2016, SE REANUDÓ LA JUNTA DE ACLARACIONES, VERIFICANDO EN COMPRANET 5.0, QUE SE RECIBIERON NUEVAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RESPECTO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR PARTE DE LA EMPRESA EQUIVER S.A. DE C.V. Y QUE SE RECIBIÓ DE MANERA EXTEMPORÁNEA EL ESCRITO DE INTERES EN PARTICIPAR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V., TAL Y COMO SE MUESTRA EN LA PANTALLA DE COMPRANET QUE SE ANEXA A LA PRESENTE, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	FECHA	HORA	NO. DE RESPUESTAS
1	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V.	COMPRANET	11/10/2016	06:16 p.m.	0
2	EQUIVER S.A. DE C.V.	COMPRANET	12/10/2016	09:54 a.m.	10
TOTAL					10

XVI.- ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÓ A LA LECTURA DE LAS NUEVAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS EN EL PLAZO OTORGADO PARA TAL FIN, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR EL ÁREA TÉCNICA Y POR LA CONVOCANTE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN, EN DONDE SE CLASIFICARON E INTEGRARON POR TEMAS LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PARA EFECTOS DE FACILITAR SU RESPUESTA DE MANERA CONJUNTA, POR CORRESPONDER A UN MISMO PUNTO, NUMERAL, APARTADO O ANEXO DE LA CONVOCATORIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 45, PENÚLTIMO PÁRRAFO, Y 46 DEL RLAASSP.

No. CONS. REPRESENTACIÓN	No. PROV.	LICITANTE	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN A LA QUE HACE REFERENCIA	RESPUESTA IMSS A LA PREGUNTA INICIAL	REPREGUNTA	RESPUESTA IMSS	DEBE DESCRIBIR (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
15	10	EQUIVER S.A. DE C.V.	PODEMOS OFERTAR EQUIPO CON TECNOLOGÍA SUPERIOR QUE CUENTA CON BATERÍA DE LITIO RECARGABLE CON CAPACIDAD PARA TRABAJAR POR VARIAS SEMANAS CUANDO LA BATERÍA ESTÁ TOTALMENTE CARGADA, LO QUE IMPLICA UN BENEFICIO PARA SU	NO SE ACEPTA. EL NUMERAL QUE CITA COMO BASE DE SU PREGUNTA NO EXISTE EN EL ANEXO 1, TODA VEZ QUE EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE LAS PRESENTES BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENUNCIA EN FORMA TEXTUAL; "FUENTE DE PODER: CORRIENTE ALTERNA 120-127 VAC, UTILIZA BATERÍAS TIPO AA Y TRANSFORMADOR	DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE SOLICITAMOS PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y TENIENDO EN CUENTA QUE LA FUNCIÓN OPERACIONAL DE LAS PILAS AA ES LA INDEPENDENCIA ENERGÉTICA DEL ANALIZADOR, SE PERMITA OFERTAR PILA RECARGABLE INTERCONSTRUIDA EN EL ANALIZADOR, TODA VEZ QUE ESTO NO INFLUYE EN LA OPERACIÓN, EN CALIDAD DE LOS RESULTADOS, O	NO SE ACEPTA. LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ANEXO TECNICO CORRESPONDE A; "FUENTE DE PODER: CORRIENTE ALTERNA 120-127 VAC, UTILIZA BATERÍAS TIPO AA Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE AL TERNA", NO SE ESTA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, TODA VEZ QUE LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO SE FUNDAMENTA EN LA CLAVE 533.435.0021 DEL CUADRO	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016  
PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

No. CONS REPRE GUNTA	No. PROV	LIETANTE	PREGUNTA ACLARACIÓN QUE REFERENCIA	Y/O A LA HACE	RESPUESTA IMSS A LA PREGUNTA INICIAL	REPREGUNTA	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA EMITE LA RESPUESTA
			INSTITUCIÓN ACEPTA?	¿SE	DE CORRIENTE AL TERNA", EN NINGÚN CONCEPTO SEÑALA "FUENTE DE PODER: CORRIENTE AL TERNA DE 100-240 VAC A 50 Y 60 HZ Ó ALIMENTACIÓN MEDIANTE USB DE 100 2MA (PC)/ 300 MA (RED ELÉCTRICA). CON BATERÍA INTEGRADA RECARGABLE DE LITIO DE 3.6 V", POR LO QUE SU CUESTIONAMIENTO NO VERSA A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO.	CUALQUIER OTRO FACTOR QUE IMPLIQUE ALGUNA DEFICIENCIA EN LOS RESULTADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN NO GENERA ALGÚN BENEFICIO QUE MI PROPUESTA ANTES MENCIONADA NO CUMPLA ¿SE ACEPTA?	BÁSICO DE AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO DEL INSTITUTO, Y EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD, CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. LO QUE USTED PROPONE NO SE CONTEMPLA EN LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LAS PRESENTES BASES.		
16			REPREGUNTA 8: REFERENCIA: FUENTE DE PODER CORRIENTE ALTERNA 120-127 VCA, UTILIZA BATERÍAS TIPO AA Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE ALTERNA.  PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON TECNOLOGÍA SUPERIOR QUE EVITARÍA RETRASOS EN EL ABASTO DE PILAS, QUE CUENTA CON BATERÍA DE LITIO RECARGABLE,		RESPUESTA A REPREGUNTA 8:  NO SE ACEPTA NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, ANEXO 1	DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE SOLICITAMOS PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y TENIENDO EN CUENTA QUE LA FUNCIÓN OPERACIONAL DE LAS PILAS AA ES LA INDEPENDENCIA ENERGÉTICA DEL ANALIZADOR, SE PERMITA OFERTAR PILA RECARGABLE INTERCONSTRUIDA EN EL ANALIZADOR, TODA VEZ QUE ESTO NO INFLUYE EN LA OPERACIÓN, EN CALIDAD DE LOS RESULTADOS, O CUALQUIER OTRO FACTOR QUE IMPLIQUE ALGUNA DEFICIENCIA EN LOS RESULTADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN NO GENERA ALGÚN BENEFICIO QUE MI PROPUESTA ANTES MENCIONADA NO CUMPLA ¿SE ACEPTA?	NO ES PROCEDENTE CONSIDERAR SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN, TODA VEZ QUE SU PREGUNTA NO VERSA EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS EMITIDAS A LAS PREGUNTAS INICIALES PRESENTADAS, SINO QUE CORRESPONDE A LA RESPUESTA DE UNA REPREGUNTA.	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016  
PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

No. CONS REPRE GUNTA	No. PROV	LICITANTE	PREGUNTA ACLARACIÓN A LA QUE SE REFERENCIA	Y/O LA HACE	RESPUESTA IMSS A LA PREGUNTA INICIAL	REPREGUNTA	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA EMITE LA RESPUESTA
			CON CAPACIDAD PARA TRABAJAR JORNADA COMPLETA DE TRABAJO, LO QUE IMPLICA UN BENEFICIO PARA SU INSTITUCIÓN, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SE ACEPTA?						
17			ANEXO TECNICO, DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES. EN ANTERIORES LICITACIONES PARA ADQUISICION DE MICROCUBETAS PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA TOTAL LAS UNIDADES YA CONTABAN CON FOTOMETROS INSTALADOS Y SOLO SE REQUERIA OFERTAR LANCETAS, PUNCIÓNADOR, MICROCUBETAS, SE ENTIENDE QUE EN LA PRESENTE LICITACION SE TENDRAN QUE COLOCAR EQUIPOS NUEVOS Y NO SOLO OFERTAR LOS CONSUMIBLES COMPATIBLES CON		SE DEBEN DE ENTREGAR EQUIPOS NUEVOS CONFORME AL REQUERIMIENTO SEÑALADO EN EL ANEXO 1 ANEXO TECNICO, Y ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR EQUIPOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, ANEXO 1 Y 2, Y CON TECNOLOGÍA SUPERIOR A LO SOLICITADO, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE REQUIERE ENTREGAR EQUIPOS NUEVOS CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO ANEXO 1 Y ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES.	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016  
PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

No. CONS REPRE GUINTA	No. PROV	LICITANTE	PREGUNTA ACLARACIÓN A LA QUE HACE REFERENCIA	VI O HACE	RESPUESTA IMSS A LA PREGUNTA INICIAL	REPREGUNTA	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA EMITE QUE LA RESPUESTA
18			EL FOTOMETRO. REPREGUNTA 9:  REFERENCIA: EL PLAZO DE ENTREGA SOLICITADO EN ESTA LICITACION ES DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACION DEL FALLO, TODA VEZ QUE SE TIENE PROGRAMADO EL SUMINISTRO Y ABASTO A LAS UNIDADES. PREGUNTA: PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ENTREGAS DE LOS BIENES A LOS 30 DÍAS NATURALES, ES NECESARIO ENTREGAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE DONDE SE COMPROMETE A RESPALDAR DICHA ENTREGA?		RESPUESTA A REPREGUNTA 9:  NO ES NECESARIO, NO ES UN REQUISITO DE LAS PRESENTES BASES	EN EL ENTENDIDO QUE EN LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE NO ES UN REQUISITO DE LAS PRESENTES BASES, ASI COMO TAMBIEN NO LO ES LO CONTESTADO EN LA PREGUNTA 14 PROVEEDOR 2, ENTREGAR EQUIPOS NUEVOS CONFORME AL REQUERIMIENTO SEÑALADO EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, Y ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, POR LO CUAL SIENDO UN REQUISITO NO NECESARIO Y NO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES ENTENDEMOS QUE PODRAN OFERTARSE EQUIPOS EN DEMOSTRACION PERMANENTE QUE ESTEN EN OPTIMAS CONDICIONES, SIN QUE SEA LIMITANTE, NI OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES, ES CORRECTO?	NO ES PROCEDENTE CONSIDERAR SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN, TODA VEZ QUE SU PREGUNTA NO VERSA EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS EMITIDAS A LAS PREGUNTAS INICIALES PRESENTADAS, SINO QUE CORRESPONDE A LA RESPUESTA DE UNA REPREGUNTA.		ÁREA TÉCNICA
19			DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE SOLICITAMOS PROPORCIONE LA CLAVE DE CUADRO BÁSICO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL IMSS DEL INSUMO QUE SE PRETENDE ADQUIRIR, ES DECIR		LA CLAVE SOLICITADA DEL INSUMO QUE SE VA A ADQUIRIR ES 370.081.0462.00.01	DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE SOLICITAMOS LA DESCRIPCION DE LA CLAVE 370.081.0462.00.01 SIENDO ESTA LA DESCRIPCION A OFERTAR Y TENIENDO EN CUENTA QUE SE UTILIZARA EN EL EQUIPO CON CLAVE (533.435.0021.02.01)	LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE 370.081.0462.00.01 ES LA SIGUIENTE: 370.081.0462.00.01 FRASCO DE MICROCUBETAS PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO 533.435.0021.02.01 HEMOGLOBINÓMETRO, MISMA QUE SE DESCRIBE EN EL PUNTO 2 OBJETO Y ALCANCE LA LICITACIÓN PÚBLICA.	N/A	ÁREA TÉCNICA





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

No. CONS REPRESENTACIÓN	No. PROV	LICITANTE	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN A LA QUE SE HACE REFERENCIA	RESPUESTA IMSS A LA PREGUNTA INICIAL	REPREGUNTA	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
20			LA DE NÚMERO 370.081.0462.00.01 FRASCO DE MICROCUBETAS					
			DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE SOLICITAMOS ACLARE QUE DEBIDO A QUE EL OBJETO DE LA LICITACIÓN ES LA COMPRA DE MICROCUBETAS (ES DECIR INSUMOS) Y NO EQUIPOS LECTORES NI LANCETAS Y PUNCIÓNADORES LOS CUALES SE REQUIERE SEAN ENTREGADOS EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE, DEBEMOS ENTENDER QUE EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ANALIZADORES QUE PERMITAN LA LECTURA DE LAS MICROCUBETAS QUE PROPONGA, ASI COMO LANCETAS Y DISPOSITIVOS DE PUNCIÓN ACORDE A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE, ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO. SE SOLICITAN MICROCUBETAS PARA SER UTILIZADAS EN EQUIPOS EN COMODATO CON METODOLOGIA FOTOMETRIA DE ABSORBANCIA CON REACCION DE AZIDAMETAHEMOGLOBIN A MODIFICADA ADICIONALMENTE SE REQUIEREN EQUIPOS ANALIZADORES NUEVOS CUYA DESCRIPCION SE DETALLA EN EL ANEXO 1 ANEXO TECNICO CON RESPECTO A LAS LANCETAS Y DISPOSITIVOS DE PUNCIÓN SE DESCRIBE LO QUE SE SOLICITA EN EL MISMO ANEXO 1 ANEXO TECNICO.	DEBEMOS ENTENDER QUE LAS MICROCUBETAS (CLAVE 370.081.0462.00.01) Y LOS INSUMOS ANALIZADOR (CLAVE 533.435.0021.02.01), LANCETAS Y PUNCIÓNADORES SOLICITADOS EN EL ANEXO UNO, ANEXO TECNICO Y ANEXO DOS QUE SE OFERTEN, DEBERAN CUMPLIR CON LA DESCRIPCION, CARACTERISTICAS Y REQUISITOS FUNDAMENTADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL CUADRO BASICO DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO DEL INSTITUTO Y EL ARTICULO 44, ES CORRECTO?	CON OBJETO DE CLARIFICAR SU CUESTIONAMIENTO, SU PREGUNTA INICIAL SEÑALA "DEBEMOS ENTENDER QUE EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ANALIZADORES QUE PERMITAN LA LECTURA DE LAS MICROCUBETAS QUE PROPONGA, ASI COMO LANCETAS Y DISPOSITIVOS DE PUNCIÓN ACORDE A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE, ES CORRECTO?". SU REPREGUNTA NO SE RELACIONA A LA PREGUNTA INICIAL NI A LA RESPUESTA OTORGADA. LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES CORRESPONDE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1 ANEXO TECNICO, Y ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES DE LAS PRESENTES BASES.	N/A	ÁREA TÉCNICA
			DE LA MANERA MAS ATENTA A LA	NO SE ESTA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN	DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A MI	NO ES PROCEDENTE CONSIDERAR SU SOLICITUD	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016  
PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS**

No. CONS REPRE GUNTA	No. PROV	LICITANTE	PREGUNTA ACLARACIÓN A LA QUE LA HACE REFERENCIA	YO RESPUESTA IMSS A LA PREGUNTA INICIAL	REPREGUNTA	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	AREA EMITE QUE LA RESPUESTA
			CONVOCANTE SE SOLICITA QUE LA ESPECIFICACIÓN COLOCADA PARA LA CLAVE(533.435.0021.0 2.01) QUE HACE REFERENCIA AL EQUIPO SEA LA CORRECTA, YA QUE DIFIERE DE LA REAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CUADRO BÁSICO DE AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y A ESTA SE LE AGREGAN CARACTERÍSTICAS QUE LIMITAN LA PARTICIPACIÓN, SE ACEPTA?	A LOS LICITANTES, TODA VEZ QUE LA DESCRIPCIÓN, Y CARACTERÍSTICAS REQUISITOS SOLICITADAS EN LAS PRESENTES BASES, CORRESPONDEN A LOS LINEAMIENTOS DEL CUADRO BÁSICO DE AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO DEL INSTITUTO, ASIMISMO ÉSTA DESCRIPCION SE FUNDAMENTA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION (DOF) DEL 22 DE JUNIO DEL 2011, REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BASICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD, CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, EN EL ARTICULO 44, QUE DICE "LAS DESCRIPCIONES DE LAS CEDULAS DE EQUIPO MEDICO CON FINES DE DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO, CONSIDERARAN LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES MAS SOBRESALIENTES ESTABLECIENDO MÍNIMOS DE SEGURIDAD DE LOS INSUMOS QUE ASI LO REQUIERAN. CUANDO LAS CE DULAS	REPRESENTADA, SOLICITO SE APEGUEN AL ARTICULO 44, PERO SIN BENEFICIAR A UNA SOLA MARCA, POR EJEMPLO, EL USO ESPECÍFICO DE BATERÍA DOBLE AA, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ELIMINEN LAS ESPECIFICACIONES QUE INDUZCAN LA PARTICIPACIÓN DE UNA SOLA MARCA, ES DECIR, EL USO EXCLUSIVO DE BATERÍAS AA	DE ACLARACIÓN, TODA VEZ QUE SU PREGUNTA NO VERSA EN RELACIÓN A LA RESPUESTA EMITIDA A LA PREGUNTA INICIAL.  SE REITERA LA RESPUESTA OTORGADA INICIALMENTE.		



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

No. CONS. REPRESENTACIÓN	No. PROV.	LICITANTE	PREGUNTA A LA QUE SE REFIERE	Y/O A LA QUE SE REFIERE	RESPUESTA IMSS A LA PREGUNTA INICIAL	REPREGUNTA	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					DESCRIPTIVAS CONTENGAN MAS DE UNA OPCION DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES DE UN INSUMO, LAS INSTITUCIONES DE SALUD DETERMINARAN LAS OPCIONES DE ACUERDO CON SUS REQUERIMIENTOS DE ATENCIÓN, MOTIVO POR EL CUAL EL ANALIZADOR DE LAS MICROCUBETAS SE FUNDAMENTA EN EL CUADRO BÁSICO DE AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO DEL INSTITUTO Y EL ARTÍCULO 44 SEÑALADO EN FORMA TEXTUAL				
22			ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, DEBIDO A QUE LOS INSUMOS SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL DEL RÉGIMEN PROSPERA, DENTRO DE LOS CUALES EXISTEN UNOS UBICADOS EN ZONAS DE TEMPERATURAS EXTREMAS, POR LO QUE DEBEMOS ENTENDER QUE EL INSUMO QUE SE PRETENDE ADQUIRIR DEBERA TENER ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO A		NO ES CORRECTO TODA VEZ QUE EL REQUISITO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE DE LAS MICROCUBETAS NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES	EN EL ENTENDIDO QUE EL REQUISITO DE LA TEMPERATURA DE ALMACENAJE NO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES, SIENDO QUE LOS INSUMOS (MICROCUBETAS) ESTARAN EN RESGUARDO O ALMACENADAS DE LAS UNIDADES QUE LAS UTILIZARAN Y ESTAS SE ENCUENTRAN EN AREAS RURALES SOLICITAMOS SEA REFERENCIADO EL RANGO PROPUESTO DEL INSUMO A OFERTAR A FIN DE GARANTIZAR EL BUEN ESTADO DE LAS MICROCUBETAS Y LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. EL RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1 ANEXO TECNICO. USTED PODRÁ REFERENCIAR SU RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE SI ASI LO DESEA, SIN SER ESTO NECESARIO NI LIMITATIVO PARA NINGÚN LICITANTE	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
 COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA

No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

No. CONS REPREGUNTA	No. PROV	LICITANTE	PREGUNTA A LA QUE SE REFIERE	Y/O A LA QUE SE REFIERE	RESPUESTA IMSS A LA PREGUNTA INICIAL	REPREGUNTA	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR (EN SU CASO)	ÁREA EMITE LA RESPUESTA
23			TEMPERATURAS AMBIENTE EN UN RANGO DE 0-50 ° C, ES CORRECTO?						
			LA CONVOCANTE SOLICITA COMO PLAZO DE ENTREGA; 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA ESTA PARTIDA HACER ENTREGAS PARCIALES TRIMESTRALES EN EL ALMACÉN GENERAL O EN CADA UNA DE LAS UNIDADES, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE PUEDA GARANTIZAR LA ADECUADA CADUCIDAD Y ALMACENAJE DEL PRODUCTO. ¿SE ACEPTA?		EL PLAZO DE ENTREGA SOLICITADO EN ESTA LICITACION ES DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES A LA NOTIFICACION DEL FALLO, TODA VEZ QUE SE TIENE PROGRAMADO EL SUMINISTRO Y ABASTO A LAS UNIDADES MEDICAS URBANAS Y RURALES DEL INSTITUTO CONSIDERANDO ESTE PERIODO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO PUEDA PROPORCIONAR LA MEDICIÓN DE HEMOGLOBINA Y HEMATOCRITO, EVITANDO REALIZAR UN CÁLCULO ADICIONAL PARA LA OBTENCIÓN DE ESTE RESULTADO SE ACEPTA?	SU REPREGUNTA NO SE RELACIONA A LA PREGUNTA INICIAL. LA CUAL CORRESPONDE AL PLAZO DE ENTREGA ENTREGA.	N/A	ÁREA TÉCNICA
24			LA CONVOCANTE SOLICITA COMO PLAZO DE ENTREGA; 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA ESTA		EL PLAZO DE ENTREGA SOLICITADO EN ESTA LICITACION ES DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES A LA NOTIFICACION DEL FALLO, TODA VEZ QUE SE TIENE PROGRAMADO EL SUMINISTRO Y ABASTO A LAS UNIDADES MEDICAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA ASEGURAR EL ABASTO, LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD EN LA ENTREGA DE LOS BIENES SE ENTREGUE CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE, CON LA FINALIDAD DE EVITAR QUE EMPRESAS SIN APOYO DEL FABRICANTE QUEDEN ADJUDICADAS Y DESPUES NO	SU REPREGUNTA NO SE RELACIONA A LA PREGUNTA INICIAL. LA CUAL CORRESPONDE AL PLAZO DE ENTREGA.	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA

No. LA-019GYR120-E45-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

No. CONS. REPRE. GUNTA	No. PROV.	LICITANTE	PREGUNTA A LA QUE REFERENCIA	T/D A LA QUE HACE	RESPUESTA IMSS A LA PREGUNTA INICIAL	REPREGUNTA	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA EMITE LA RESPUESTA
			PARTIDA ENTREGAS PARCIALES TRIMESTRALES EN EL ALMACÉN GENERAL O EN CADA UNA DE LAS UNIDADES, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE PUEDA GARANTIZAR LA ADECUADA CADUCIDAD ALMACENAJE DEL PRODUCTO. ¿SE ACEPTA?	HACER EN EL ALMACÉN GENERAL O EN CADA UNA DE LAS UNIDADES, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE PUEDA GARANTIZAR LA ADECUADA CADUCIDAD Y DEL	URBANAS Y RURALES DEL INSTITUTO CONSIDERANDO ESTE PERIODO	PUEDAN CUMPLIR CON EL INSTITUTO, OCASIONANDO UN DAÑO AL MISMO Y SOBRE TODO A LOS PACIENTES, SE ACEPTA?			

XVII.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 BIS PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP Y 46 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO, SE COMUNICA A LOS LICITANTES, QUE EL **EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**, SE LLEVARÁ A CABO EL **DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2016, A LAS 10:00 HORAS**, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRANET. -----

XVIII.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LAASSP, ESTE ACTO FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----

**CIERRE DEL ACTA**

XIX.- SE ANEXA A LA PRESENTE, CINCO HOJAS QUE INCLUYEN LAS PANTALLAS DE LA PLATAFORMA COMPRANET EN LA CUAL SE MUESTRA LA HORA Y DÍA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS REFERENTE A LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES. PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LAASSP Y EL NUMERAL 3.1 "FECHA, HORA Y LUGAR PARA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN" EN LO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES Y DEMÁS INTERESADOS, COPIA DE ESTA ACTA EN: LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO NÚMERO 291, 5° PISO, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN DONDE SE FIJARÁ UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, ESTO POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [www.compranet.funcionpublica.gob.mx](http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx) Y SERÁ ENVIADA A LOS LICITANTES POR ESTE MEDIO, ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. -----

XX.- NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DIO LECTURA AL CONTENIDO DE ESTA ACTA, LA CUAL CONSTA DE 38 HOJAS Y CUATRO ANEXOS, CONCLUYÉNDOSE EL CIERRE DE LA MISMA A LAS **TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2016**, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS. -----



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE  
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA  
No. LA-019GYR120-E45-2016  
PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS**

POR EL IMSS

FIRMA	NOMBRE	ÁREA
	FABIOLA FERNANDA TORRES LOZANO	TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS
	FERNANDO MARTÍNEZ RANGEL	REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD
	JORGE ALEJANDRO GARCÍA CASAS	REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS-PROSPERA
	ALEIDA ROSA MORALES ZEBALLOS	REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO
	CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ PACHECO	COORDINADOR TÉCNICO A 80 DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS

	ALEJANDRA JIMÉNEZ CORTÉS	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
--	--------------------------	---



- Crear Elemento
- Asignar nuevo Responsable del Expediente
- Ver Anuncio Publicado
- Archivar
- Crear el Número del Procedimiento
- Generar Informe del Expediente

X

- Editar
- Deshacer la publicación del Anuncio
- Mostrar URL del Anuncio

Descripción del Expediente	LA-019GYR120-E45-2016 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS
Notas	Notas Adicionales por Defecto
Tipo de Contratación	Adquisiciones
Entidad Federativa de la UC	Ciudad de México
Fecha de Publicación de la Primera Oportunidad	29/09/2016 04:32 PM
Fecha de Publicación de la Última Oportunidad	29/09/2016 04:32 PM
Modo de captura de la fecha y hora de Vigencia del Anuncio:	Manual
Plazo de participación o vigencia del anuncio (Para proyecto de convocatoria FECHA LÍMITE PARA RECIBIR COMENTARIOS AL PROYECTO, Para licitación pública e invitación a cuando menos tres personas: FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES y para adjudicación directa FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN)	19/10/2016 10:00 AM
Fecha estimada de inicio del Contrato	
Duración estimada del Contrato	
Fecha estimada de conclusión del contrato (DD/MM/AAAA)	

Tipo de Anuncio 01 Anuncio Licitación Pública / Invitación a Cuando Menos Tres Personas

Número del Procedimiento (Expediente)	* Este número se generará al momento de publicar el Procedimiento.	LA-019GYR120-E45-2016
Carácter del procedimiento	* Indicar el carácter del procedimiento	Internacional bajo TLC
Medio o forma del procedimiento	* Seleccionar el medio o forma del procedimiento. (Electrónica sólo aplica a la LAAASP)	Electrónica
Crédito externo	* Indicar si tiene crédito externo o no.	No
Procedimiento exclusivo para MIPYMES	* Defina si se establece como requisito de participación el que los licitantes acrediten ser una micro, pequeña o mediana empresa (sólo aplica a la LAAASP)	No

Fecha visita a instalaciones / sitio de realización de los trabajos	En el supuesto de que haya visita a las instalaciones indicar la fecha de la visita	
Hora y lugar de visita de instalaciones / sitio de realización de los trabajos	Indicar la hora y el lugar en que se realizará la visita a las instalaciones	
Fecha junta de aclaraciones	Fecha para la celebración del acto de junta de aclaraciones	07/10/2016
Hora y lugar de junta de aclaraciones	Indicar la hora y el lugar en la cual se realizará la junta de aclaraciones	10:00 AM
Fecha del acto de fallo	* Fecha para la celebración del acto de fallo	20/10/2016
Hora y lugar del acto de fallo	* Hora y lugar para la celebración del acto de fallo	05:30 PM

Convocatoria / Invitación	* Archivos de convocatoria o invitación la cual contiene las bases del procedimiento. Tamaño máximo 150 MB.	Convocatoria Microcubetas LA-019GYR120-E... (13,628 KB) CONVOCATORIA
Anexos de Convocatoria.	Archivo que contiene los anexos de la convocatoria/invitación Tamaño máximo 150 MB.	Anexos LA-019GYR120-E45-2016.pdf (30,477 KB) ANEXOS A LA CONVOCATORIA
Acta(s) de junta de aclaraciones	Archivo que contiene el acta de junta de aclaraciones, Tamaño máximo 150 MB.	(sin archivo adjunto)
Acta de presentación y apertura de proposiciones	Archivo que contiene el acta de presentación y apertura de proposiciones, Tamaño máximo 150 MB.	(sin archivo adjunto)
Acta de fallo	Archivo que contiene el acta de fallo. Tamaño máximo 150 MB.	(sin archivo adjunto)

X

Testimonio del Testigo Social, si el procedimiento contó con el

1 7S222S LA-019GYR120-E45-2016 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS 19/10/2016 10:00 AM

Nombre de la Unidad Compradora (UC) IMSS-DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS #019GYR120

Nombre del Operador UC MAURICIO CAMACHO RAMOS

E-mail del Operador UC mauricio.camacho@imss.gob.mx

Enlace Web

Anexar

Nombre del archivo	Descripción del archivo	Comentario	Última fecha de modificación
1 ACTA PREGUNTAS E45.pdf (16,633 KB)	ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	11/10/2016 11:39 AM
2 ANEXO 4 RELACIÓN DE DOCUMENTOS.docx (129 KB)	ANEXO ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	ANEXO ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	11/10/2016 11:39 AM
3 Anexos LA-019GYR120-E45-2016.docx (18,934 KB)	ANEXOS EN FORMATO WORD	ANEXOS EN FORMATO WORD	29/09/2016 04:32 PM
4 AVISO SUSPENSIÓN JA E45.pdf (1,077 KB)	AVISO SUSPENSIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES	AVISO SUSPENSIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES	07/10/2016 11:46 AM
5 E45 MICROCUBETAS.zip (40,358 KB)	CONVOCATORIA Y ANEXOS	CONVOCATORIA Y ANEXOS	29/09/2016 03:57 PM
6 SEGUNDI AVISO SUSPENSIÓN E45.pdf (1,102 KB)	SEGUNDO AVISO DE SUSPENCIÓN JUNTA ACLARACIONES	SEGUNDO AVISO DE SUSPENCIÓN JUNTA ACLARACIONES	10/10/2016 11:04 AM
7 TERCER AVISO JA E45.pdf (18,121 KB)	TERCER AVISO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES	TERCER AVISO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES	11/10/2016 09:33 PM





- 
- 
- 
- 
- 

*[Handwritten signatures and marks]*

- 
- 
- 
- 
- 

1	MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICOS SA DE CV	11/10/2016 04:43 Re planteamiento Junta de Aclaraciones PM	11/10/2016 04:47 PM	11/10/2016 04:47 PM
2	OLEUM PARTS SA DE CV	11/10/2016 04:08 PREGUNTAS JUNTA DE ACLARACIONES 2 PM	11/10/2016 04:46 PM	11/10/2016 04:46 PM
3	MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICOS SA DE CV	11/10/2016 04:06 Re planteamiento PM	11/10/2016 04:45 PM	11/10/2016 04:45 PM
4	EQUIVER SA DE CV	11/10/2016 03:59 Aclaracion: Escrito de interes si lo enviamos por compranet en tiempo y forma PM	11/10/2016 04:46 PM	11/10/2016 04:46 PM
5	MEXUNIVEN CORPORATIVO EMPRESARIAL S DE RL DE CV	06/10/2016 10:30 Preguntas para la Licitacion LA-019GYR120-E45-2016 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAM AM	06/10/2016 10:36 AM	06/10/2016 10:36 AM
6	MEXUNIVEN CORPORATIVO EMPRESARIAL S DE RL DE CV	06/10/2016 10:29 Escrito de Interes AM	06/10/2016 10:33 AM	06/10/2016 10:33 AM
7	MEXGLOBAL, S.A. DE C.V.	06/10/2016 10:00 Cantidad de equipos AM	06/10/2016 10:26 AM	06/10/2016 10:26 AM
8	MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICOS SA DE CV	06/10/2016 09:47 Junta de Aclaraciones AM	06/10/2016 10:25 AM	06/10/2016 10:25 AM
9	EQUIVER SA DE CV	06/10/2016 09:24 Junta de Aclaraciones AM	06/10/2016 10:24 AM	06/10/2016 10:24 AM
10	MEDICA CONSULTORA SA DE CV	05/10/2016 10:03 Interes en participar y preguntas para junta de aclaraciones PM	06/10/2016 10:24 AM	06/10/2016 10:24 AM
11	OLEUM PARTS SA DE CV	05/10/2016 09:34 JUNTA DE ACLARACIONES PM	06/10/2016 10:23 AM	06/10/2016 10:23 AM
12	EDGAR IVAN RODRIGUEZ SOLIS	05/10/2016 07:05 PREGUNTAS PM	06/10/2016 10:22 AM	06/10/2016 10:22 AM
13	SERVICIOS PROFESIONALES EN LABORATORIOS NYS SA DE CV	05/10/2016 06:09 Solicitud de aclaraciones PM	06/10/2016 10:19 AM	06/10/2016 10:19 AM
14	MEXGLOBAL, S.A. DE C.V.	05/10/2016 05:28 ANEXO 5 MEKGLOBAL ESCRITO DE INTERES PM	06/10/2016 10:19 AM	06/10/2016 10:19 AM
15	DICIPA SA DE CV	05/10/2016 03:38 Anexo 5, Escrito de Interés en Participar en la Licitación PM	06/10/2016 10:13 AM	06/10/2016 10:13 AM
16	DISTRIBUIDORA MEDICA TEYCO SA DE CV	05/10/2016 02:54 Escrito de interés y preguntas PM	06/10/2016 10:12 AM	06/10/2016 10:12 AM
17	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	05/10/2016 08:46 PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES AM	06/10/2016 10:08 AM	06/10/2016 10:08 AM

*[Handwritten signature]*



581  
*[Handwritten signature]*



Fecha 06/10/2016 09:24 AM  
Enviado por EQUIVER SA DE CV  
Asunto Junta de Aclaraciones  
Mensajes Anexos formatos 5 y 6 para la Junta de Aclaraciones  
Mensaje a Todos (invitados y por invitar) No

*[Handwritten signature]*

Anexos

1	Anexo 5.pdf (694 KB)		
2	Anexo 6 word.docx (16 KB)		
3	Anexo 6.pdf (696 KB)		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
11/10/2016



Expediente : 1185024 - LA-019GYR120-E45-2016 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS  
 Procedimiento : 752225 - LA-019GYR120-E45-2016 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA ANEMIA MICROCUBETAS

*Handwritten marks and signatures on the right side of the page.*

1	EQUIVER SA DE CV	12/10/2016 09:54 AM	Replanteamientos a junta de aclaraciones	12/10/2016 10:04 AM	12/10/2016 10:04 AM
2	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP SA DE CV	11/10/2016 06:16 PM	ANEXO 5	11/10/2016 09:35 PM	11/10/2016 09:35 PM
3	MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICOS SA DE CV	11/10/2016 04:43 PM	Re planteamiento Junta de Aclaraciones	11/10/2016 04:47 PM	11/10/2016 04:47 PM
4	OLEUM PARTS SA DE CV	11/10/2016 04:08 PM	PREGUNTAS JUNTA DE ACLARACIONES 2	11/10/2016 04:46 PM	11/10/2016 04:46 PM
5	MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICOS SA DE CV	11/10/2016 04:06 PM	Re planteamiento	11/10/2016 04:45 PM	11/10/2016 04:45 PM
6	EQUIVER SA DE CV	11/10/2016 03:59 PM	Aclaracion: Escrito de interes si lo enviamos por compranet en tiempo y forma	11/10/2016 04:46 PM	11/10/2016 04:46 PM
7	MEXUNIVEN CORPORATIVO EMPRESARIAL S DE RL DE CV	06/10/2016 10:30 AM	Preguntas para la Licitacion LA-019GYR120-E45-2016 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAM	06/10/2016 10:36 AM	06/10/2016 10:36 AM
8	MEXUNIVEN CORPORATIVO EMPRESARIAL S DE RL DE CV	06/10/2016 10:29 AM	Escrito de Interes	06/10/2016 10:33 AM	06/10/2016 10:33 AM
9	MEXGLOBAL, S.A. DE C.V.	06/10/2016 10:00 AM	Cantidad de equipos	06/10/2016 10:26 AM	06/10/2016 10:26 AM
10	MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICOS SA DE CV	06/10/2016 09:47 AM	Junta de Aclaraciones	06/10/2016 10:25 AM	06/10/2016 10:25 AM
11	EQUIVER SA DE CV	06/10/2016 09:24 AM	Junta de Aclaraciones	06/10/2016 10:24 AM	06/10/2016 10:24 AM
12	MEDICA CONSULTORA SA DE CV	05/10/2016 10:03 PM	Interes en participar y preguntas para junta de aclaraciones	06/10/2016 10:24 AM	06/10/2016 10:24 AM
13	OLEUM PARTS SA DE CV	05/10/2016 09:34 PM	JUNTA DE ACLARACIONES	06/10/2016 10:23 AM	06/10/2016 10:23 AM
14	EDGAR IVAN RODRIGUEZ SOLIS	05/10/2016 07:05 PM	PREGUNTAS	06/10/2016 10:22 AM	06/10/2016 10:22 AM
15	SERVICIOS PROFESIONALES EN LABORATORIOS NYS SA DE CV	05/10/2016 06:09 PM	Solicitud de aclaraciones	06/10/2016 10:19 AM	06/10/2016 10:19 AM
16	MEXGLOBAL, S.A. DE C.V.	05/10/2016 05:28 PM	ANEXO 5 MEXGLOBAL ESCRITO DE INTERES	06/10/2016 10:19 AM	06/10/2016 10:19 AM
17	DICIPA SA DE CV	05/10/2016 03:38 PM	Anexo 5, Escrito de Interés en Participar en la Licitación	06/10/2016 10:13 AM	06/10/2016 10:13 AM
18	DISTRIBUIDORA MEDICA TEYCO SA DE CV	05/10/2016 02:54 PM	Escrito de interés y preguntas	06/10/2016 10:12 AM	06/10/2016 10:12 AM
19	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	05/10/2016 08:46 AM	PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES	06/10/2016 10:08 AM	06/10/2016 10:08 AM

*Handwritten signature and date: 12/10/2016*