



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO IA-50-GYR-050GYR063-N-56-2024

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RAYOS X MARCA SIEMENS

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las 09:00 horas del día 21 de Mayo del 2024, se reunieron en el Departamento de Abastecimiento, de esta Unidad Médica de Alta Especialidad, ubicada en calle 41 No. 439 por 34, Colonia Industrial, C.P. 97150, los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Presentación y Apertura de proposiciones, motivo de esta Invitación a Cuando Menos Tres de conformidad con los artículos 26 fracción II, 26 Bis, fracción II, 28 fracción I, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como del numeral 5 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el Mtro. Edgar Fabian Cubells Gutierrez Jefe del Departamento de Abastecimiento de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Ignacio García Téllez, con fundamento en el numeral 5.3.8. inciso c) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. El presidente del evento fue asistido por el Ing. Henry Leonel Burgos Rosado Jefe de la Oficina de Conservación de la UMAE.

Por tratarse de un procedimiento bajo el artículo 26 Bis fracción II de la Ley, se hace constar que se recibió 1 proposición por medios remotos de comunicación electrónica (CompraNet 2023), de los siguientes proveedores:

Procedimiento IA-50-GYR-050GYR063-N-56-2024

Código del expediente	Número de procedimiento de contratación	Estatus del procedimiento de contratación
E-2024-00045775	IA-50-GYR-050GYR063-N-56-2024	EN APERTURA
Código interno del procedimiento	Nombre del procedimiento de contratación	
P-2024-00043701	MANTENIMIENTO EQUIPO RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MOVIL MARCA SIEMENS	
Licitantes que han presentado proposición:		
1		

Datos Generales Requerimientos Participantes Solicitudes de aclaración **Proposiciones** Preguntas y Respuestas Historial de acciones Bases de acciones

Apertura de proposiciones

Exportar listado Descarga

Lista de licitantes participantes

Núm.	Licitante	Fecha y hora de consulta procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	En participación conjunta con	Forma de participación	Estatus de participación	Estatus de revisión	Acciones
1	COMPAÑIA ELECTROMEDICA DEL SURESTE S DE RL DE CV	07/05/2024 15:24	20/05/2024 23:25	21/05/2024 09:10		Electronica	PRESENTADA	Revisado	Ver

Se hace constar que se revisó la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido. De lo anterior se hace constar lo siguiente:

COMPAÑÍA ELECTROMÉDICA DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V.			
Num	Tipo	Descripción	Valor
1	Administrativo	ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	01 ACREDITAMIENTO PERSONALIDAD ANEXO 6.pdf,
2	Administrativo	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	02 DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO.pdf,
3	Administrativo	ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP	03 ESCRITO DE NO ART 50 Y 60 LEY.pdf,
4	Administrativo	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	04 DECLARACION DE INTEGRIDAD ANEXO 3 ANEXO 2 Y ANEXO 5.pdf,





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO IA-50-GYR-050GYR063-N-56-2024

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RAYOS X MARCA SIEMENS

5	Administrativo	DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	05 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.pdf,
6	Administrativo	MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	06 MANIFESTACION NACIONALIDAD MEXICANA ANEXO 14.pdf,
7	Administrativo	MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	07 MANIFIESTO CUMPLIMIENTO NORMAS OFICIALES.pdf,
8	Administrativo	MANIFESTACIÓN DE DISCAPACIDAD	08 ESCRITO DE SER LICITANTE CON DISCAPACIDAD.pdf,
9	Administrativo	MIPYMES	09 CARACTER DE MIPYMES ANEXO 4.pdf,
10	Administrativo	DECLARACIÓN IMSS SAT INFONAVIT	10 DECLARACION IMSS SAT INFONAVIT ANEXO 11.pdf,
11	Administrativo	COMPROMISO ENTREGA DE CONSTANCIAS	11 COMPROMISO ENTREGA DE CONSTANCIAS ANEXO 12 Y ANEXO 13.pdf,
12	Técnico	CARTA DE RESPALDO	01 CARTA FABRICANTE Y VISITA ANEXO 15.pdf,
13	Técnico	CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN	02 CERTIFICADOS DE CALIBRACION.pdf,
14	Técnico	NIVEL DE ESTUDIOS	03 NIVEL DE ESTUDIOS.pdf,
15	Técnico	CAPACIDAD DEL PROVEEDOR	04 CAPACIDAD DEL PROVEEDOR.pdf,
16	Técnico	MANUALES	05 PROPUESTA TECNICA ANEXO 1 Y MANUALES.pdf,
17	Técnico	EXPERIENCIA	06 EXPERIENCIA.pdf,
18	Técnico	EVIDENCIA DE INSTRUMENTOS	07 EVIDENCIA DE INSTRUMENTOS.pdf,
19	Técnico	PERSONAL CALIFICADO	08 PERSONAL CALIFICADO.pdf,
20	Técnico	ABASTO DE REFACCIONES Y CONSUMIBLES	09 ABASTO DE REFACCIONES Y CONSUMIBLES.pdf,
21	Económico	PROPOSICIÓN ECONÓMICA	01 PROPOSICION ECONOMICA (TEXTO).docx, 01 PROPOSICION ECONOMICA.pdf,

Después de registrar la recepción de la documentación presentada por los licitantes, esta Acta cumple con lo dispuesto en el artículo 48 fracc. I del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, y con fundamento en los artículos 35 de la Ley, fracc. III y 47 penúltimo párrafo de su Reglamento, se relacionan y se da lectura a cada uno de los montos totales sin IVA, de las proposiciones y se adjuntan al final de la presente acta copia de cada una de ellas.

No. de Partida	Requerimientos Económicos por: Grupo/Partida	COMPAÑÍA ELECTROMÉDICA DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V.		
		Precio Unitario	I.V.A.	Monto Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" DE LA MARCA SIEMENS MODELO SIREMOBIL COMPACT L ESPECIFICACIONES: Mantenimiento preventivo 1. Limpieza general del equipo interna y externa que proceda de acuerdo a la naturaleza y funcionamiento propio de este equipo. 2. Revisión general del equipo y sus partes, que permitan establecer criterios en cuanto al ajuste, reparación y/o cambio oportuno de piezas que sufran desgaste por el uso continuo a que está sometido. 3. Sustitución oportuna de los elementos o partes de los equipos que se requieran por fin de vida útil.	\$356,000.00	\$56,960.00	\$412,960.00



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO IA-50-GYR-050GYR063-N-56-2024

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RAYOS X MARCA SIEMENS

4. Aplicación periódica de mantenimiento preventivo efectuado con personal técnico de "el prestador de servicios", en días y horas hábiles, de acuerdo al programa calendario de mantenimiento preventivo indicado en la rutina de mantenimiento, con la finalidad de controlar el estado de este equipo, corregir sus deficiencias y desajustes eventuales, con objeto de evitar descomposturas posteriores que pudieran impedir el funcionamiento de este equipo.

El servicio de mantenimiento preventivo consta de las siguientes actividades a realizar:

- Inspección del exterior del equipo para detección de roturas o piezas faltantes.
- Inspección del cable de alimentación, los protectores y los enchufes.
- Limpieza de los componentes internos y externos.
- Inspección para detectar corrosión o piezas faltantes, reparar según la necesidad.
- Inspección de componentes eléctricos en busca de deterioro o calentamiento excesivo.
- Verificación de la precisión de kVp y mA-tiempo de exposición de acuerdo a las especificaciones del fabricante
- Comprobación de los sistemas de bloqueo eléctrico.
- Verificación del correcto funcionamiento de otros componentes eléctricos.
- Verificación en el mecanismo de accionamiento.
- Verificación de los dispositivos de visualización.
- Verificación de los colimadores.
- Verificación de la calibración del equipo, que esté de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Comprobación de los botones, controles, pantalla y/o indicadores funcionen correctamente.
- Verificación del funcionamiento del equipo en todas sus modalidades.
- Pruebas del tubo de rayos x.
- Pruebas del detector electrónico de rayos x.
- Pruebas en el generador de rayos x.
- Pruebas con procesador de imágenes.

Al igual que todas las demás actividades que sean necesarias para completar el servicio de mantenimiento preventivo al equipo.

UNIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS:

Servicios de mantenimiento preventivo

- Verificaciones físicas y/o documentales, que realizará el Área Técnica o Solicitante, según sea el caso, describiendo las actividades para el procedimiento de verificación (Características técnicas, formato de evaluación, revisión de muestras, demostración de características, pruebas de funcionalidad, etc.), lo cual se debe de hacer constar con la elaboración del acta, que demuestre dicha comprobación.
- Orden de servicio por cada servicio preventivo.

Se formulará por escrito un reporte u orden de servicio y/o Checklist del prestador del servicio, en hoja membretada, por cada servicio de mantenimiento que contenga el estado general de conservación del equipo y sus accesorios, las observaciones que correspondan a la revisión general y particular efectuadas, así como la descripción con detalle del servicio de mantenimiento, el cual deberá ser verificado y avalado con firmas por el técnico encargado del equipo, el Jefe de Departamento Clínico, el Jefe de la División de Ingeniería Biomédica y por el Jefe de la Oficina de Conservación.



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES NACIONAL, ELECTRÓNICA
NÚMERO IA-50-GYR-050GYR063-N-56-2024

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RAYOS X MARCA SIEMENS


De conformidad con el artículo 35 fracc. III de la Ley y el artículo 48 último párrafo de su reglamento, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en junta pública el día 21 de Mayo del 2024 a las 03:00 P.M., mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley y 35 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en el Departamento de Abastecimiento de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional "Ignacio García Téllez", ubicado en Calle 41 No. 439 x 34, Col. Industrial, C.P. 97150, de Mérida, Yucatán, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 09:30 A.M., del día 21 del mes de Mayo del año 2024. Esta Acta consta de 4 hojas y 1 hoja de propuestas económicas firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:


MTRO. EDGAR FABIAN CUBELLS GUTIERREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO


C. LEONARDO JESÚS GARCÍA MOYA
ENCARGADO DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES


ING. HENRY LEONEL BURGOS ROSADO
JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN


LIC. JORGE LUIS MARÍN ESCALANTE
ANALISTA SUPERVISOR

POR LOS
LICITANTES:

SIN
ASISTENCIA

Compañía Electromédica del Sureste, S. de R.L. de C.V.



MÉRIDA, YUC; A 21 DE MAYO DE 2024.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
CENTRO MÉDICO NACIONAL "IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ"
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL IA-50-GYR-050GYR063-N-56-2024
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE RAYOS X
CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" DE LA MARCA SIEMENS MODELO SIREMOBIL COMPACT L.

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) PROPOSICIÓN ECONÓMICA

DIA			MES	AÑO
21			MAYO	2024
NOMBRE DEL LICITANTE: COMPAÑÍA ELECTROMÉDICA DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V.				
R.F.C. ESU230324TF1				
DOMICILIO: CALLE 46 NO. 241 A ENTRE 15 Y 17, COL. SAN DAMIÁN, MÉRIDA, YUC. C.P. 97218.				
ESTRATIFICACIÓN: MICRO (X) PEQUEÑA (.....) MEDIANA (.....) GRANDE (.....)				
TELÉFONO (999) 248 8274	FAX NO APLICA	CORREO ELECTRÓNICO contacto@biotechmerida.com	NUMERO DE PROVEEDOR IMSS 0000157702	
LOS SERVICIOS PROPUESTOS, SE APEGAN A LA DESCRIPCIÓN Y CONDICIONES SOLICITADAS POR EL IMSS Y QUE SE INDICAN EN LOS ANEXOS NÚMEROS 1 (UNO) DE ESTA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL IA-50-GYR-050GYR063-N-56-2024 PROPUESTOS PARA LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ", MÉRIDA, YUCATÁN.				


315 DE 315

CONFORME A LAS BASES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL IA-50-GYR-050GYR063-N-56-2024, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RELATIVO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" DE LA MARCA SIEMENS MODELO SIREMOBIL COMPACT L, DESCRITOS EN EL ANEXO NÚMEROS 1 (UNO) QUE A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS A USTED NUESTRA PROPOSICIÓN ECONÓMICA, MISMA QUE CUBRE EL SERVICIO CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

PARTIDA Y/O REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	MONTO TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA MÓVIL DIGITAL TIPO ARCO EN "C" DE LA MARCA SIEMENS MODELO SIREMOBIL COMPACT L.	SERVICIO	1	\$356,000.00	\$356,000.00
SON: CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. (I.V.A. INCLUIDO)				SUBTOTAL	\$356,000.00
				16% I.V.A.	\$56,960.00
				TOTAL	\$412,960.00

- LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

PROTESTO LO NECESARIO


PABLO FABIÁN AZCORRA SALAS
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 46 no. 241 A entre 15 y 17, Col. San Damián, Mérida, Yuc. C.P. 97218
contacto@biotechmerida.com

Página 1 de 1

315 DE 315