



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURAS DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR063-T-160-2024

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ATENCIÓN
NEONATAL EN TERCER NIVEL

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las **09:00 horas** del día **05 de diciembre de 2024**, se reunieron en el Departamento de Abastecimiento de esta Unidad Médica de Alta Especialidad, ubicado en calle 41 No. 439 por 34, Colonia Industrial, C.P. 97150, los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación indicada al rubro, de acuerdo con lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley) así como el numeral 4 de la convocatoria.

El Acto fue presidido por el Mtro. Edgar Fabian Cubells Gutierrez, Jefe del Departamento de Abasto de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional "Ignacio García Téllez", servidor público designado por la convocante con fundamento en el numeral 5.3.8 inciso de c) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social

Quien al inicio de esta junta comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresan su interés en participar en esta licitación a través de Compranet, por sí o representación de un tercero y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El presidente del evento será asistido por el Mtro. José de Jesús Sánchez Ruíz, Titular de la División de Ingeniería Biomédica de la UMAE con el fin de responder las solicitudes de aclaración de carácter técnico.

El presidente del acto dio inicio al mismo señalando que se recibieron preguntas para el presente evento de los licitantes, de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley.

Núm.	Remite	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Regrepuntas
1	CAF HEALTHCARE SYSTEMS SA DE CV	04/12/2024 12:12	04/12/2024 12:36			
2	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	03/12/2024 18:54	03/12/2024 19:05			
3	KAREN NATHALY BRETON GIRON	04/12/2024 09:05				
4	MDC BIOMEDICAL SAS DE CV	04/12/2024 10:01				
5	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	04/12/2024 09:02	04/12/2024 09:03			
6	REACCION MEDICA DEL CENTRO SA DE CV	04/12/2024 10:08				
7	SERVICIO Y SOPORTE BIOMEDICO SA DE CV	04/12/2024 09:28				
8	SOLUCIONES BIOMEDICAS EQUIPOS Y REACTIVOS SA DE CV	04/12/2024 10:30	04/12/2024 11:30			
9	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	04/12/2024 13:36				
10	VITER MEDICAL SA DE CV	03/12/2024 16:21	03/12/2024 16:22			



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURAS DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR063-T-160-2024

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ATENCIÓN
NEONATAL EN TERCER NIVEL

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Acuse(s) de solicitud de aclaración
1	CAF HEALTHCARE SYSTEMS SA DE CV	4 de diciembre de 2024 a las 12:12	4 de diciembre de 2024 a las 12:36	NO
2	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	3 de diciembre de 2024 a las 18:54	3 de diciembre de 2024 a las 19:05	SI
3	KAREN NATHALY BRETON GIRON	4 de diciembre de 2024 a las 09:05		NO
4	MDC BIOMEDICAL SAS DE CV	4 de diciembre de 2024 a las 10:01		NO
5	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	4 de diciembre de 2024 a las 09:02	4 de diciembre de 2024 a las 09:03	NO
6	REACCION MEDICA DEL CENTRO SA DE CV	4 de diciembre de 2024 a las 10:08		NO
7	SERVICIO Y SOPORTE BIOMEDICO SA DE CV	4 de diciembre de 2024 a las 09:28		NO
8	SOLUCIONES BIOMEDICAS EQUIPOS Y REACTIVOS SA DE CV	4 de diciembre de 2024 a las 10:30	4 de diciembre de 2024 a las 11:30	NO
9	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	4 de diciembre de 2024 a las 13:36		NO
10	VITER MEDICAL SA DE CV	3 de diciembre de 2024 a las 16:21	3 de diciembre de 2024 a las 16:22	NO

Se hace constar que siendo las 11:45 horas del día 05 de Diciembre del 2024, la convocante procede a enviar en este momento, través de Compranet", las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas por esta vía, informándose a los licitantes que cuentan con un plazo de 6 horas para realizar las repreguntas que consideren necesarias en relación con las aclaraciones de la convocante o expresar su conformidad a las mismas, en caso de no recibir respuesta se tomará por conformes a los licitantes. A continuación, se relacionan las Aclaraciones de la convocante, así como las preguntas enviadas por los licitantes con sus respuestas. El presente evento se reanudará a las 17:45 horas del día 05 de diciembre de 2024.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE

INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV				
ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
669037	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6 INCISO A-K	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PODRAN SER REPRODUCIDOS POR MI REPRESENTADA Y QUE NO SERÁN MOTIVO DE DESECHAMIENTO, EL NO RESPETAR EXCATAMENTE EL MISMO FORMATO, SIEMPRE Y CUANDO EL ESCRITO REPRODUCIDO INCLUYA LA INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA EN EL FORMATO ORIGINAL DE LA CONVOCATORIA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	SE ACEPTARÁ QUE EL LICITANTE PRESENTE LOS FORMATOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, EN UNA VERSIÓN SIMILAR A LA REQUERIDA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS GUARDEN CORRELACIÓN CON EL ORDEN RELACIONADO DE DICHS ANEXOS Y CONTENGAN TODA LA INFORMACIÓN PEDIDA POR LA CONVOCANTE.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURAS DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR063-T-160-2024

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ATENCIÓN
NEONATAL EN TERCER NIVEL

INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV				
ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
669038	TÉCNICO	ANEXO 1 TERMINOS Y CONDICIONES INCISO B Y J	CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME ¿EL CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SE DEBERA PRESENTAR EN CASO DE RESULTAR CON ADJUDICACIÓN? FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	EL CALENDARIO DEBERA SER PRESENTANDO EN EL MOMENTO DE SU PROPUESTA TECNICO - ECONOMICA
669039	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 8	DE ACUERDO AL NUMERAL 8 QUE A LA LETRA DICE: "POR LO ANTERIOR PARA EL CASO DE LOS PROVEEDORES ASIGNADOS LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL SAT E INFONAVIT DEBERÁ ESTAR VIGENTE PARA LA FECHA INDICADA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. PARA EL CASO DE LA OPINIÓN IMSS, ESTA DEBERÁ SER GENERADA ENTRE LA FECHA DE FALLO Y LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO INVARIABLEMENTE", ENTENDÉMONOS QUE NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO NO PRESENTAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SAT, IMSS E INFONAVIT EN SENTIDO POSITIVO, SOLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 8 DE LA CONVOCATORIA LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEBERAN SER POSITIVAS Y ESTAR VIGENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO CONTRARIO NO PODRÁ EL LICITANTE FORMALIZAR EL CONTRATO RESPECTIVO POR CAUSA IMPUTABLE A ÉL, NOTIFICÁNDOSE AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, LA FALTA DE FORMALIZACIÓN RESPECTIVA.
669040	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 8	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE SAT, IMSS E INFONAVIT, PUEDEN SER CON FECHA ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	PARA EL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SE ACEPTARÁ QUE SE PRESENTEN OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES GENERADAS ENTRE LA FECHA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, DEBIENDO SER EN SENTIDO POSITIVO TODAS ELLAS. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, PARA LA FIRMA DE CONTRATO LAS OPINIONES DEL SAT E INFONAVIT DEBERÁN ESTAR VIGENTES Y EN SENTIDO POSITIVO. LA OPINIÓN DEL IMSS DEBERÁ SER GENERADA INVARIABLEMENTE ENTRE LA FECHA DEL FALLO Y LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO Y ENCONTRARSE EN SENTIDO POSITIVO.
669041	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 1	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 1 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TERAPIA INTENSIVA) PUNTO 1.1.3 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR CONEXIÓN EN RED POR VÍA ALÁMBRICA, DADO QUE LOS MONITORES NO SERÁN UTILIZADOS PARA EL TRASLADO, ACORDE A LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE EN EL NUMERAL 2.7, Y CONSIDERANDO QUE UNA COMUNICACIÓN EN RED CABLEADA TIENE MENOR RIESGO DE INTERFERENCIA AL PROPORCIONAR MAYOR	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 1.1.3 "CON CONEXION A RED QUE INCLUYA LA COMUNICACION POR VIA INALAMBICA ENTRE MONITORES DE CABECERA (MONITOR-MONITOR-MONITOR)". LA CARACTERISTICA "COMUNICACION POR VIA ALAMBICA ENTRE MONITORES DE CABECERA (MONITOR-MONITOR-MONITOR)", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, HACERLO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURAS DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR063-T-160-2024

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ATENCIÓN
NEONATAL EN TERCER NIVEL

INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV				
ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			ESTABILIDAD EN LA SEÑAL, QUE INFLUYE SIGNIFICATIVAMENTE PARA UNA TRANSMISIÓN OPORTUNA Y COMPLETA DE LOS DATOS DEL PACIENTE Y A SU VEZ GARANTIZA MAYOR PRIVACIDAD EN LA TRANSMISIÓN DE DATOS SENSIBLES. ¿SE ACEPTA?	DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
669042	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 1	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 1 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TERAPIA INTENSIVA) PUNTO 1.1.3 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR PARA LA COMUNICACIÓN VÍA INALÁMBRICA ENTRE MONITORES DE CABECERA (MONITOR-MONITOR-MONITOR), TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, NUESTRA TECNOLOGÍA PERMITE LA COMUNICACIÓN MEDIANTE ANTENAS EXTERNAS FIJAS AL MONITOR, DE MODO QUE GARANTIZA LA NO SUSTRACCIÓN DE LAS ANTENAS; LO ANTERIOR DA CUMPLIMIENTO A LA CARACTERISTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 1.1.3 "CON CONEXION A RED QUE INCLUYA LA COMUNICACION POR VIA INALAMBRICA ENTRE MONITORES DE CABECERA (MONITOR-MONITOR-MONITOR)." DE LA PARTIDA 21 LA CARACTERISTICA "CON CONEXION A RED QUE INCLUYA LA COMUNICACION POR VIA INALAMBRICA ENTRE MONITORES DE CABECERA (MONITOR-MONITOR-MONITOR). COMUNICACIÓN MEDIANTE ANTENAS EXTERNAS FIJAS AL MONITOR, DE MODO QUE GARANTIZA LA NO SUSTRACCIÓN DE LAS ANTENAS", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
669043	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 1	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 1 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TERAPIA INTENSIVA) PUNTO 1.1.8.3 ENTENDEMOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, SE DEBE REQUERIR QUE PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD DEL DIAGNÓSTICO EN CASO DE ESTAR MONITORIZANDO 12 DERIVADAS DE	NO ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ACEPTA OFERTAR PARA LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE COMO ALTERNATIVA PARA EL NUMERAL 1.1.8.3 "MONITOREO Y DESPLIEGUE DEL SEGMENTO ST EN TODAS LAS DERIVACIONES MONITORIZADAS (AL



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURAS DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR063-T-160-2024

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ATENCIÓN
NEONATAL EN TERCER NIVEL

INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX SA DE CV				
ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			ECG QUE EL ANÁLISIS Y DESPLIEGUE DEL SEGMENTO ST DEBE DE REALIZARSE SIMULTÁNEAMENTE EN TODAS LAS DERIVACIONES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	MENOS TRES CANALES SIMULTANEOS)." LA CARACTERÍSTICA "MONITOREO Y DESPLIEGUE SIMULTANEO DEL SEGMENTO ST EN TODAS LAS DERIVACIONES MONITORIZADAS", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
669044	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 1	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 1 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TERAPIA INTENSIVA) PUNTO 1.1.13 PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS, Y OFRECER UN MEJOR DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO A LOS PACIENTES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, ADÉMÁS DE FUNCIÓN DE CÁLCULOS HEMODINÁMICOS SE SOLICITE CÁLCULOS RENALES Y DE FÁRMACOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PARA EL PUNTO 1.1.13, CORRESPONDIENTE COMO ADICIONAL, QUE ADÉMÁS DE FUNCIÓN DE CÁLCULOS HEMODINÁMICOS SE SOLICITE CÁLCULOS RENALES Y DE FÁRMACOS, SIN QUE SEA CONDICIONANTE NI OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO", DICHA CARACTERÍSTICA ESTARÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
669045	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 1	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 1 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TERAPIA INTENSIVA) DEL PUNTO 1.1.17 AL PUNTO 1.1.17.3 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN, DADO QUE LOS MONITORES NO SERÁN UTILIZADOS PARA EL TRASLADO Y SE SOLICITA PARA MONTAJE A PARED O TECHO, NOS PERMITA OFERTAR, EN LUGAR DE UNA BATERÍA	SE ACEPTA OFERTAR COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 1.1.17 "CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE." 1.1.17.1 "CON DURACIÓN DE AL MENOS UNA HORA." " LA CARACTERÍSTICA "UNA UNIDAD UPS (NO BREAK), POR MONITOR DE CABECERA, CON RESPALDO DE 60 MINUTOS", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES HACERLO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURAS DE TRATADOS
LA-50-CYR-050GYR063-T-160-2024

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ATENCIÓN
NEONATAL EN TERCER NIVEL

INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV				
ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			INTERNA RECARGABLE, UNA UNIDAD UPS CON DURACIÓN DE AL MENOS UNA HORA, QUE PUEDE PROPORCIONAR O SUMINISTRAR ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE ALGÚN APAGÓN ELÉCTRICO O DESCONEXIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. LA PROPUESTA CUMPLE CON LA FUNCIÓN DE RESPALDAR LA FUNCIONALIDAD, MEDICIONES Y MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE DURANTE AL MENOS UNA HORA, EN CASO DE AUSENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LO QUE CUMPLE CON EL OBJETIVO DEL PUNTO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
669046	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 1	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 1 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TERAPIA INTENSIVA) DEL PUNTO 2.5 AL 2.5.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, DOS (2) CABLES PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN INVASIVA CON CONEXIÓN DIRECTA DEL MÓDULO DEL MONITOR, AL TRANSDUCTOR, EL CUAL CUMPLE CON LA FUNCIÓN DE LOS ACCESORIOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE EN UN SOLO ACCESORIO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN LOS NUMERALES 2.5 "PARA MEDICION DE LA PRESION INVASIVA:" 2.5.1 "CABLE TRONCAL, DOS (2) PIEZAS, (INCLUIR MARCA MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)." 2.5.2 "CABLE PARA TRANSDUCTOR, DOS (2) PIEZAS. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE).", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 21 "MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TERAPIA INTENSIVA)." ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
669047	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 1	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 1 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TERAPIA INTENSIVA) DEL PUNTO 2.6.2 AL 2.6.2.3 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE OFERTAR EN KITS LOS SUBNUMERALES 2.6.2 AL 2.6.3 (20 PIEZAS) CADA KIT CONSISTE EN UN ADAPTADOR EN "T" DE VÍA AÉREA PARA TAMAÑO ADULTO/PEDIÁTRICO CON, FILTRO BACTERIANO Y LINEA DE MUESTREO, YA QUE NUESTRA TECNOLOGÍA NO REQUIERE TRAMPA DE AGUA AL SER UN POLÍMERO SIN HUMEDAD PATENTADO QUE PERMITE QUE LA HUMEDAD SE DISEMINE EN EL ENTORNO, TODO ESTO INCLUIDO EN UN SOLO KIT DISEÑADO ASÍ POR FABRICANTE. LA PROPUESTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA POR LA TÉCNICA SIDESTREAM. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. FAVOR DE ATENDER A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN LOS NUMERALES 2.6 "CAPNOGRAFIA: (ACORDE A LA TECNOLOGIA OFERTADA)." 2.6.2 "POR TECNICA SIDESTREAM:" 2.6.2.1 "DIEZ (10) TRAMPAS DE AGUA. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)." 2.6.2.2 "VEINTE (20) LINEAS DE MUESTREO. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE).", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 21 "MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TERAPIA INTENSIVA)." ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO.
669048	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 1	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 1 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TERAPIA INTENSIVA) PUNTO 2.8 ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERAN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA	ES CORRECTA SU APRECIACION



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURAS DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR063-T-160-2024

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ATENCIÓN
NEONATAL EN TERCER NIVEL

INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV				
ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			LLEVAR A CABO LA COMUNICACIÓN ENTRE MONITOR-MONITOR Y NO ENTRE LA CENTRAL-MONITOR-CENTRAL, AL NO SOLICITAR CENTRAL DE MONITOREO EN CONJUNTO CON EL MONITOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
669049	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 1	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 1 MONITOR DE SIGNOS VITALES. (PARA TERAPIA INTENSIVA) PUNTO 2.8 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA CONEXIÓN ALÁMBRICA ENTRE MONITOR-MONITOR Y LA CENTRAL-MONITOR-CENTRAL (EN CASO DE APLICAR), DADO QUE LOS MONITORES NO SERÁN UTILIZADOS PARA EL TRASLADO, ACORDE A LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE EN EL NUMERAL 2.7, Y CONSIDERANDO QUE UNA COMUNICACIÓN EN RED CABLEADA TIENE MENOR RIESGO DE INTERFERENCIA AL PROPORCIONAR MAYOR ESTABILIDAD EN LA SEÑAL, QUE INFLUYE SIGNIFICATIVAMENTE PARA UNA TRANSMISIÓN OPORTUNA Y COMPLETA DE LOS DATOS DEL PACIENTE Y A SU VEZ GARANTIZA MAYOR PRIVACIDAD EN LA TRANSMISIÓN DE DATOS SENSIBLES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA QUE LA LICITANTE OFERTE, COMO ALTERNATIVA AL NUMERAL 2.8 "INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA COMUNICACION INALAMBRICA ENTRE MONITOR - MONITOR Y LA CENTRAL - MONITOR - CENTRAL. DEFINIR DE MANERA PUNTUAL LOS ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA, CON SU MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE. LA CARACTERISTICA "INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ADECUACIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA COMUNICACION ALAMBRICA ENTRE MONITOR - MONITOR - MONITOR (FAVOR DE DEFINIR LOS ACCESORIOS Y ADECUACIONES REQUERIDAS E INCLUIDOS EN LA OFERTA, CON SU MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE).", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES HACERLO DE ESTA MANERA, SIEMPRE QUE LO OFERTADO POR EL O LOS LICITANTES CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, ATIENDA Y GUARDE CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS RESPECTIVAS "CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO", DICHA CARACTERISTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DE LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.

Se hace constar que siendo las 18:00 horas del día 05 de diciembre del 2024, la convocante procede declarar un receso para contestar las repreguntas enviadas por los licitantes, el presente evento se reanudara a las 08:30 horas del día 06 de diciembre de 2024.

Siendo las 09:00 horas del 06 de diciembre de 2024, se reanuda la presente junta de aclaraciones, por lo que se relacionan a continuación las respuestas a las repreguntas planteadas por los licitantes.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURAS DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR063-T-160-2024

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ATENCIÓN
NEONATAL EN TERCER NIVEL

INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX SA DE CV			
ID de la pregunta	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
64517	DE LA PREGUNTA ID 669046 DE INNOVACIÓN MÉDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PARA LOS NUMERALES 2.5 AL 2.5.2 TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, QUE DA CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, QUE CONSISTE EN CABLE ADAPTADOR INTEGRADO (SE CONECTA DIRECTAMENTE AL TRANSDUCTOR Y AL MÓDULO), ES DECIR, EN UN SOLO ACCESORIO ESTÁ INTEGRADO EL CABLE TRONCAL Y EL CABLE PARA TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA, SIEMPRE Y CUANDO SE OFERTEN LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE. LA PROPUESTA COMPRENDE LO MÍNIMO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE CON TECNOLOGÍA PROPIA, QUE ASEGURA EL ÚTIL EMPLEO PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN INVASIVA, ADICIONAL, EL DISEÑO EN UNA PIEZA, PERMITE QUE LA CONEXIÓN SEA MAS ÁGIL Y PRÁCTICA Y SE EVITA LA NO FUNCIONALIDAD POR EXTRAVÍO DEL CABLE TRONCAL O CABLE DE TRANSDUCTOR DISEÑADOS DE MANERA INDEPENDIENTE. ¿SE ACEPTA?	PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS PARA LOS NUMERALES 2.5, PARA MEDICION DE LA PRESION INVASIVA PARA EL TOTAL DE MODULOS SOLICITADOS, 2.5.1, CABLE TRONCAL DOS PIEZAS (2), INCLUIR MODELO Y/O NUMERO DE PARTE, 2.5.2, CABLE TRANSDUCTOR DOS PIEZAS (2), INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE PARTE, SE ACEPTA REFERENCIAR LA CARACTERIZTICA DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DEL FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA EL EQUIVALENTE A LO SOLICITADO PARA LA DESCRIPCION "MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TERAPIA INTENSIVA)", ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERIZTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA DE CUMPLIR TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES, DEBERA DE ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ESTE ARTICULO.
64518	DE LA PREGUNTA ID 669047 DE INNOVACIÓN MÉDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PARA LOS NUMERALES 2.6.2 AL 2.6.2.3 PARA CAPNOGRAFÍA POR TÉCNICA SIDESTREAM, TECNOLOGÍA ACORDE AL FABRICANTE (20 KITS), DONDE CADA KIT CONSISTE EN UNA LÍNEA DE MUESTREO QUE INCLUYE UN ADAPTADOR EN "T" DE VÍA AÉREA (PARA TAMAÑO ADULTO/PEDIÁTRICO O NEONATAL) Y FILTRO BACTERIANO HIDROFÓBICO, QUE EVITA LA PENETRACIÓN DE AGUA OBTENIENDO Y SEPARANDO LA HUMEDAD Y REDUCE EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN BACTERIANA. LA PROPUESTA COMPRENDE LO MÍNIMO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE CON TECNOLOGÍA PROPIA, EN KIT DISEÑADO ASÍ POR EL FABRICANTE, DISEÑADO CON LÍNEA DE MUESTREO, ADAPTADOR EN "T" DE VÍA AÉREA Y FILTRO BACTERIANO HIDROFÓBICO (QUE CUMPLE LA FUNCIÓN DE LA TRAMPA DE AGUA, Y COMO ADICIONAL REDUCE EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN BACTERIANA). ASÍ MISMO, EL DISEÑO DE LA PROPUESTA, PERMITE QUE LA CONEXIÓN CON EL EQUIPO Y EL PACIENTE SEA MÁS RÁPIDA Y EFICAZ. ¿SE ACEPTA?	PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS PARA LOS NUMERALES 2.6.2 POR TECNICA SIDESTREAM PARA EL TOTAL DE MODULOS SOLICITADOS 2.6.2.1 DIEZ (10) TRAMPAS DE AGUA INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE, 2.6.2.2 VEINTE (20) LINEAS DE MUESTREO INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NUMERO DE PARTE, 2.6.2.3 DIEZ (10) ADAPTAADORES ENDOTRAQUEALES, INCLUIR MARCA, MODEO Y/O NUMERO DE PARTE, SE ACEPTA REFERENCIAR LA CARACTERIZTICA DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DEL FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA EL EQUIVALENTE A LO SOLICITADO PARA LA DESCRIPCION "MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TERAPIA INTENSIVA)", ESTABLECIDO EN LA CEDULA DE DESCRIPCION SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, HACERLO DE ESTA MANERA DICHA CARACTERIZTICA ESTARA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE Y DEBERA DE CUMPLIR TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES, DEBERA DE ATENDER Y GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA CEDULA DE DESCRIPCION DE ESTE ARTICULO.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURAS DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR063-T-160-2024

**ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ATENCIÓN
NEONATAL EN TERCER NIVEL**

Sin otro particular de conformidad con el artículo 33 de la ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria. Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley y 35 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en el Departamento de Abastecimiento de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Ignacio García Téllez, ubicado en Calle 41 No. 439 x 34, Col. Industrial, C.P. 97150, de Mérida, Yucatán, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.funcionpublica.gob.mx/>.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta primera y última junta de aclaración a las bases de la convocatoria de licitación, siendo las 09:00 horas, del día 06 del mes de diciembre del año 2024.

Se notifica a los licitantes que el evento de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día **13 de diciembre de 2024** en punto de las **09:00 horas**, que dará inicio de manera puntual, por lo que después de la fecha y hora Indicadas no se podrán recibir proposiciones a los licitantes.

Esta Acta consta de 9 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento, quienes reciben copia de esta.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

**POR PARTE
DEL ÁREA
CONVOCANTE:**

MTRO. EDGAR FABIAN CUBELLS GUTIERREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO

LIC. LEONARDO JESUS GARCIA MOYA
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

ING. JOSE DE JESUS SANCHEZ RUIZ
JEFE DE LA DIVISION DE INGENIERIA BIOMEDICA

LIC. DIEGO ALONSO CEBALLOS FLORES
ANALISTA SUPERVISOR
ELABORO EL ACTA

POR PARTE DE LOS LICITANTES: SIN ASISTENCIA.