



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

12695

Ciudad de México, a 4 de octubre de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. LUIS FERNANDO TAGLIABUE

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINADOR DE PLANEACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS

LUGAR DE LA COMISIÓN: GUADALAJARA, JAL.

DEL: 03/10/2022

AL: 03/10/2022

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Analizar las observaciones realizadas a los espacios y aspectos técnicos del servicio de Medicina Nuclear, por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias para la instalación de Cámara de centelleo de dos detectores de ángulo variable con posibilidad de estudios por coincidencia. (SPECT CT), adquirido en el procedimiento LA-050GYR040-E16-2022.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de trabajo con el personal operativo y administrativo de la Unidad, así como personal de la División de Conservación, Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo, Coordinación Técnica de Infraestructura Médica, División de Evaluación de Equipamiento, en la revisión los espacios y aspectos técnicos del servicio de Medicina Nuclear, por seguimiento de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica No. LA-050GYR040-E16-2022 "Adquisición de Bienes para el Programa de Adquisición de Gamma Cámaras para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención, 2022", derivó en el Contrato: 040E01622-001, con la Empresa GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., para los Cámara de centelleo de dos detectores de ángulo variable con posibilidad de estudios por coincidencia. (SPECT CT), Marca GE, Modelo NM/CT870DR.

3. CONCLUSIONES

Se realizan los acuerdos, necesarios para atender las observaciones realizadas a los espacios y aspectos técnicos del servicio de Medicina Nuclear, por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y dar cumplimiento a la instalación de Cámara de centelleo de dos detectores de ángulo variable con posibilidad de estudios por coincidencia. (SPECT CT), adquirido en el procedimiento LA-050GYR040-E16-2022.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO PROGRAMADO PARA ESTA VISITA. LA COMISIÓN SE EFECTUÓ EN APEGO A LAS FUNCIONES SEÑALADAS EN EL NUMERAL 8,1,7,1, DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS (DPM) Y SE ENMARCA EN LA LÍNEA ESTRATÉGICA "REACTIVACIÓN".

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

LOGRAR QUE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SE REALICEN DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES DETERMINADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL Y LA DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICA.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



ISABEL WATANABE ORTEGA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

