



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

NÚMERO DE PLIEGO
------------------

<b>4092</b>
-------------

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **FABIANA MARIBEL ZEPEDA ARIAS**Nombre de la Coordinación Normativa: **DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS****ADSCRIPCIÓN: COORDINACION TECNICA DE ENFERMERIA****LUGAR DE LA COMISIÓN: CAMPECHE, CAMP.****DEL: 09/03/2023****AL: 10/03/2023****OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION EN UNIDADES MED.****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Establecer el diagnóstico integral de la eficiencia, eficacia, oportunidad y seguridad de los servicios de salud en segundo nivel de atención médica

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

Recorrido de servicios críticos de unidad médica, urgencias, pediatría, hospitalización, terapia intensiva, central de esterilización. quirófano,

**3. CONCLUSIONES**

La OOAD cuenta con un grave falta de abasto de insumos no terapéuticos como los apósitos transparentes para fijación de venoclisis, bolsa recolectora de orina con sistema antireflujo,

Campeche  
Trabajo social no tiene capacitación del lenguaje de señas

Silas no marcadas con color azul y verde  
Bites de basura sin tapa

Reanimadores pulmonares desechables se están reutilizando  
Pacientes si. Tegaderm apósito transparente  
EJP no se sabe el procedimiento al 100%. De la central de esterilización

Los paquetes de iaas en UCI se llevan a cabo  
Los cambios de circuito cerrado por política interna se recambia cada 7 días

Pediatría  
Monitores. De constantes vitales funcionales. Pero los aditamentos no  
Termómetros digitales/infrarrojos/  
Cuna radiante sin fototerapia

Incongruencia con los FF de medicamentos , cantidad existente excedida respectó al ff, pero haciendo el análisis se observa un cálculo negativo vs consumo

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

Canalizaciones sin fijación de aposito transparente

Falta de supervisión y signado de bitacoras de supervisión, así como las hojas de registros clínicos de enfermería por parte de las EJP y SJE

Monitores de signos vitales funcionando pero sus consumibles y sensores no.

hospital carece de termómetros digitales.

reanimadores pulmonares desechables, se están rehusando aumentando el riesgo de una infección asociada a la atención sanitaria

falta de dominio del manual 2430-A03-042 por partes de la jefe y subjefe del servicio de central de esterilización.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

se fomenta el liderazgo del personal directivo, exhortándoles a hacer más trabajo de campo para ver sus áreas de oportunidad y rediseñar su metodología de supervisión.

se invita al CAO y al Jefe del Departamento de Abasto a prevenir existencias cero y realizar el reabastecimiento en tiempo de los insumos terapéuticos

**"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"**



**NOÉ PEREZ RAÍZ**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032