



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

7323

Ciudad de México, a 30 de mayo de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **DRA. KARLA ADRIANA ESPINOSA BAUTISTA**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINADORA DE PLANEACION DE SERVICIOS MEDICOS DE APOYO**

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS		
LUGAR DE LA COMISIÓN: ZACATECAS, ZAC.	DEL: 25/05/2023	AL: 26/05/2023
OBJETO DE LA COMISIÓN: TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN UNIDADES MEDICAS		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
evaluar conjuntamente la ubicación propuesta por el OOAD para la implementación de las Sala de Hemodinamia		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
El OOAD propone para la implementación de la sala de Hemodinamia, utilizar parte de la planta baja del edificio del anexo "B" del HGZ N°1, área que fue utilizada en su momento para atención de pacientes afectados por COVID-19 en el año 2020 y 2021.		
3. CONCLUSIONES		
Provisionalmente se está ocupando para el servicio de diálisis debido a que actualmente se está llevado a cabo la remodelación para implementar una sala de operaciones en el tercer piso del mismo edificio, como apoyo del quirófano central del hospital, acción de obra a cargo de conservación, la cual se concluirá en julio del año en curso.		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
Por lo anterior se realiza el recorrido tomando como referencia la llegada del paciente al servicio de urgencias (choque) y el traslado que realizará hacia el área planteada, la cual es viable debido a que no se encuentra otros espacios subutilizados o disponibles lo más próximo a urgencias, para ello se utilizarán las circulaciones interiores y verticales (elevadores) que comunican al hospital y al anexo		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
La CTIM entregará el día de hoy 26 de mayo de los corrientes al OOAD, la guía de equipo par la realización de investigación de mercado por el OOAD, para sala tipo intermedia con una superficie de 130 m2, la cual iniciaría el 10 de junio de 2023 para hacer la entrega a la CTIM del análisis, precios y tiempos de entrega del equipo a más tardar el día 15 de julio de 2023		
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"		
 <hr style="width: 30%; margin: auto;"/>		
LUCILA OLVERA SANTANA Nombre y Firma del servidor público comisionado		
		1270-009-032