



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026**

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

EN LA CIUDAD DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 14:00 HORAS, DEL 28 DE JULIO DE 2026, SE REUNIERON EN EL AULA MAGNA DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, UBICADO EN CALZADA LÁZARO CÁRDENAS #3069 FRACCIONAMIENTO NUEVO MEXICALI, C.P. 21600, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN INDICADA AL RUBRO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE LA LEY), Y LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO Y EN EL NUMERAL 4 DE LA CONVOCATORIA.

ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR EL ING. CRISTOFER FÉLIX LÓPEZ, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE OFICIO DE DESIGNACIÓN 029001050100/574/2022 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 144 FRACCIÓN XXIII (EN CASO DE OOAD), DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL NUMERAL 7.1.1.1 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO EL NUMERAL 5.3.8 INCISO B) DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMSS.

SE INFORMA QUE EL PRESENTE ACTO ESTÁ SIENDO VIDEOGRABADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS NUMERALES 6 Y 8 DE LA SECCIÓN II DEL "ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (EN ADELANTE DOF) EL 20 DE AGOSTO DE 2015; Y LOS "ACUERDOS POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", PUBLICADOS EN EL DOF EL 19 DE FEBRERO DE 2016 Y 28 DE FEBRERO DE 2017.

QUIEN PRESIDE EL ACTO, ES ASISTIDO POR EL ING. CARLOS FERNANDO RIVERA ALVARADO.- TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA, QUIEN SOLVENTARA LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY, EN CORRELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN III Y 91 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO; ASIMISMO, SE INFORMA QUE EL ÁREA CONTRATANTE, RESPONDERÁ LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS CONSTAN AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO.



2026
año de
Margarita
Maza



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

DESARROLLO DEL ACTO

QUIEN PRESIDE, INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY, SOLAMENTE SE ATENDERÁN LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESAN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO Y QUE SE HAYAN RECIBIDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO; ES DECIR, HASTA LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2026 TIEMPO DE BAJA CALIFORNIA.

ACTO SEGUIDO, QUIEN PRESIDE DIO INICIO SEÑALANDO QUE SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY, EL ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX, DE LOS SIGUIENTES LICITANTES.

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	MANIFIESTO	ACUSE DE SOLICITUDES DE ACLARACIONES	NO. DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN
1	ABASTECEDOR TERAPEUTICO SA DE CV	SI	SI	4
2	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	SI	NO	0
3	ARMANAC SA DE CV	NO	NO	0
4	CAPRIVEK SA DE CV	SI	NO	0
5	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	NO	NO	0
6	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	SI	SI	100
7	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	SI	SI	1
8	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	SI	SI	15
9	CORPORATIVO MEDLI SA DE CV	SI	SI	2
10	DIRECHISA SA DE CV	NO	NO	0
11	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	SI	NO	0
12	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	SI	NO	0
13	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	SI	SI	12
14	DU MOUNT CI SA DE CV	SI	NO	0
15	EDDY VAZQUEZ BASTIDA	SI	NO	0
16	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	NO	NO	0
17	ERNESTO RODRIGUEZ VALLES	SI	NO	0
18	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	NO	NO	0



2026
año de
Margarita
Maza



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026**

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

19	FLEXUS SA DE CV	SI	SI	5
20	FRANCISCO JAVIER LUZANIA CARDENAS	NO	NO	0
21	GABRIEL DELGADO ALONSO	SI	NO	0
22	GRUPO MEDICA STORE S DE RL DE CV	NO	NO	0
23	HOIHO ROBOTICS S A P I DE CV	SI	SI	2
24	IDEM MEDICAL SA DE CV	NO	NO	0
25	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	SI	SI	18
26	INTERSURGICAL SA DE CV	SI	SI	4
27	LESLI FATIMA CRUCES BENITEZ	SI	NO	0
28	MED RENT SA DE CV	SI	NO	0
29	MEDICAL CORPORATION GROUP SA DE CV	NO	NO	0
30	MIGUEL ANGEL VILLANUEVA PONCE	NO	NO	0
31	OCTAVIO YAIR AVILA ANGUIANO	NO	NO	0
32	PRANA MEDICAL SA DE CV	NO	NO	0
33	PRO OMNIMEDIC SA DE CV	SI	SI	4
34	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	SI	SI	3
35	SECURE INC SA DE CV	SI	NO	0
36	SEDEK & ZAMNA SA DE CV	NO	NO	0
37	SELIMAX SA DE CV	NO	NO	0
38	SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS SA DE CV	SI	SI	3
39	SERVICIOS Y EQUIPOS EN BIOTECNOLOGIA DE ZACATECAS SA DE CV	NO	NO	0
40	SILK IMPORTS S DE RL DE CV	SI	NO	0
41	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	NO	NO	0
42	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	SI	SI	4
43	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	SI	NO	0
44	TRANSMEDICA SA DE CV	NO	NO	0
45	VICTOR MANUEL MELO SERRANO	SI	NO	0
TOTAL				177



2026
año de
**Margarita
Maza**



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026**

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

TAL Y COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA PANTALLA DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX, QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE COMO **ANEXO I**:

SE HACE CONSTAR QUE MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 17 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO EL MTRO. CHISTRIAN OMAR ARROYO MANJARREZ.- AUDITOR DE LA OFICINA REGIONAL NÚMERO 1 DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL IMSS EN BAJA CALIFORNIA MENCIONA QUE SEGUIMIENTO AL ACTO DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO **LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026 PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL EJERCICIO 2026**, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), PODRÁ VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO, QUE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SE REALICEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA MATERIA Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 83, PÁRRAFO QUINTO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PRESENTADAS POR PARTE DE LA PROVEEDURÍA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS MX, Y AL CONSTATAR QUE **SI PRESENTARON** SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, LAS CUALES SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL ACTA RESPECTIVA.

POR LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LAASSP; 91 FRACCIONES II Y III DE SU REGLAMENTO, SE SOLICITA A LOS REPRESENTANTES DEL ÁREA CONTRATANTE, ÁREA REQUIRENTE Y/O TÉCNICA, EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES **A DAR RESPUESTA DE FORMA CLARA Y PRECISA A LA DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LOS LICITANTES** RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.

FINALMENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LAASSP, SE SOLICITA A LAS PERSONAS REPRESENTANTES DEL ÁREA CONTRATANTE, ÁREA REQUIRENTE Y/O TÉCNICA, EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES EN CASO DE **MODIFICACIONES SUSCEPTIBLES DE REALIZARSE A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, EN NINGÚN CASO PODRÁN CONSISTIR EN LA SUSTITUCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS CONVOCADOS ORIGINALMENTE, ADICIÓN DE OTROS DE DISTINTOS RUBROS O EN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA DE SUS CARACTERÍSTICAS**; SIENDO TODO LO QUE DESEO MANIFESTAR.

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 35 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY Y 90 DE SU REGLAMENTO, A ESTE ACTO NO ASISTIÓ NINGUNA PERSONA QUE HAYA MANIFESTADO SU INTERÉS DE ESTAR PRESENTE EN EL MISMO COMO OBSERVADOR.





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES

ACTO SEGUIDO, QUIEN PRESIDE EL ACTO, SOLICITA A LOS PRESENTES LA DISPENSA DE SU LECTURA DADO EL VOLUMEN DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN Y ADJUNTA COMO SI A LA LETRA SE INSERTARA, COMO **ANEXO II** DE LA PRESENTE ACTA.

CANCELACIÓN DE LA PARTIDA 30 CLAVE 379.454.0157.00.00 Y PRECISIONES A LA CONVOCATORIA

LA CONVOCANTE HACE CONSTAR QUE, MEDIANTE OFICIO NÚMERO 028001150900/OCA0703/2026, DE FECHA 27 DE JULIO DE 2026, SUSCRITO POR EL LIC. LUIS ÁNGEL SÁENZ FIGUEROA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE, SE SOLICITÓ FORMALMENTE LA CANCELACIÓN DE LA PARTIDA NÚMERO 30, CORRESPONDIENTE A LA CLAVE 379.454.0157.00.00 INDICADOR BIOLOGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RAPIDA (3 HORAS), TAPA CAFE, PARA EL CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACION POR VAPOR CON TECNOLOGIA POR SISTEMA DEGRAVEDAD, CONSISTE EN UNA TIRA IMPREGNADA CON UNA POBLACION ESTANDARIZADA DE ESPORAS DE G. STEAROTHERMOPHILUS, Y UNA AMPOLLETA CON MEDIO DE CULTIVO SENSIBLE AL CAMBIO DE FLUORESCENCIA Y DE PH, CONTENIDOS EN UN VIAL DE PLASTICO CON ETIQUETA MARCADA CON INDICADOR QUIMICO DE PROCESO PARA EL CONTROL DE LA EXPOSICION. NOTA: REQUIERE LECTOR AUTOMATICO DE INDICADORES BIOLOGICOS DE LECTURA RAPIDA PARA ESTERILIZACION POR VAPOR CON TECNOLOGIA POR SISTEMA DEGRAVEDAD. 3M ATTESTM AUTO READER 390. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 3M ATTEST 1292. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. CLAVE: 531.385.0835. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS.

LA SOLICITUD SE SUSTENTA EN QUE EXISTE OTRA CLAVE CON VIGENCIA Y SALDO SUFICIENTE EN UN CONTRATO NACIONAL. CLAVE QUE REALIZA LA MISMA FUNCION DE LA PARTIDA 30 CON CLAVE 379.454.0157.00.00, MOTIVO POR EL CUAL MANIFIESTA QUE SE HA EXTINGUIDO LA NECESIDAD INSTITUCIONAL DE ADQUIRIR LA PARTIDA 30 CON CLAVE 379.454.0157.00.00 Y QUE, DE CONTINUAR CON LA ADQUISICION DE LA MISMA, ORIGINARÍA UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PARA EL INSTITUTO SIN UNA NECESIDAD OPERATIVA REAL, LO QUE PODRÍA CONSTRUIR UN DAÑO O PERJUICIO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.

DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN PROPORCIONADAS POR EL ÁREA REQUERENTE, LAS CIRCUNSTANCIAS DESCRITAS EXTINGUEN LA NECESIDAD INSTITUCIONAL DE CONTINUAR CON LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE A DICHA PARTIDA.

EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, PÁRRAFO TERCERO, Y 51, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA CONVOCANTE DETERMINA:



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA-ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

PRIMERO. SE CANCELA LA PARTIDA NÚMERO 30, CORRESPONDIENTE A LA CLAVE 379.454.0157.00.00 INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA (3 HORAS), TAPA CAFE, PARA EL CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON TECNOLOGÍA POR SISTEMA DE GRAVEDAD, CONSISTE EN UNA TIRA IMPREGNADA CON UNA POBLACIÓN ESTANDARIZADA DE ESPORAS DE *G. STEAROTHERMOPHILUS*, Y UNA AMPOLLETA CON MEDIO DE CULTIVO SENSIBLE AL CAMBIO DE FLUORESCENCIA Y DE PH, CONTENIDOS EN UN VIAL DE PLÁSTICO CON ETIQUETA MARCADA CON INDICADOR QUÍMICO DE PROCESO PARA EL CONTROL DE LA EXPOSICIÓN. NOTA: REQUIERE LECTOR AUTOMÁTICO DE INDICADORES BIOLÓGICOS DE LECTURA RÁPIDA PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON TECNOLOGÍA POR SISTEMA DE GRAVEDAD. 3M ATTESTM AUTO READER 390. PRESENTACIÓN: CAJA CON 50 PIEZAS. NÚMERO DE CATÁLOGO: 3M ATTEST 1292. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. CLAVE: 531.385.0835. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS.

SEGUNDO. A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, LA PARTIDA CANCELADA DEJA DE FORMAR PARTE DE LOS BIENES O SERVICIOS SUSCEPTIBLES DE ADJUDICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO.

TERCERO. LOS LICITANTES DEBERÁN ABSTENERSE DE PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA RESPECTO DE LA PARTIDA NÚMERO 30 CLAVE 379.454.0157.00.00. LA EVENTUAL INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN O COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A DICHA PARTIDA SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA Y NO SERÁ OBJETO DE EVALUACIÓN NI ADJUDICACIÓN, SIN QUE ESTA CIRCUNSTANCIA, POR SÍ MISMA, AFECTE LA SOLVENCIA DE LAS DEMÁS PARTIDAS OFERTADAS.

CUARTO. PERMANECEN VIGENTES Y SIN MODIFICACIÓN LAS DEMÁS PARTIDAS, REQUISITOS, ESPECIFICACIONES, CONDICIONES, FECHAS Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS, SALVO AQUELLAS MODIFICACIONES QUE EXPRESAMENTE SE HAGAN CONSTAR EN LA PRESENTE ACTA.

QUINTO. LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DEL ACTA EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE DEBERÁ SER CONSIDERADA EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPOSICIONES.

LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE EL ARTÍCULO 43, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LAASSP DISPONE QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA CONVOCATORIA, INCLUIDAS LAS QUE RESULTEN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, FORMA PARTE DE AQUELLA Y DEBE SER CONSIDERADA POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPOSICIONES.

PRECISIONES A LA CONVOCATORIA

QUIEN PRESIDE EL ACTO, CONSULTÓ AL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA SI ERA SU DESEO EFECTUAR ALGUNA PRECISIÓN A LA CONVOCATORIA, A LO QUE EL ÁREA REQUERENTE MANIFIESTA QUE, SI EXISTEN PRECISIONES DE





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026**

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

CARÁCTER TÉCNICO A LA CONVOCATORIA, EL ÁREA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN PRECISIONES DE CARÁCTER LEGAL-ADMINISTRATIVO Y ADJUNTA COMO SI A LA LETRA SE INSERTARA, COMO **ANEXO III** DE LA PRESENTE ACTA.

SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE SE OTORGA UN PLAZO DE **6 HORAS** CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, PARA QUE, EN SU CASO, LOS LICITANTES FORMULEN LAS PREGUNTAS (REPREGUNTAS) QUE CONSIDEREN NECESARIAS EN RELACIÓN CON LAS PRECISIONES Y RESPUESTAS EMITIDAS, CON LO CUAL SE GARANTIZA EL PLAZO A QUE SE REFIERE DICHO PRECEPTO. UNA VEZ QUE SEAN RECIBIDAS LAS PREGUNTAS A LAS PRECISIONES Y RESPUESTAS DADAS A LOS CUESTIONAMIENTOS. SE DARÁ A CONOCER LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS (REPREGUNTAS) RECIBIDAS A LAS **10:30 HORAS DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2026**.

CIERRE DEL ACTA

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ASÍ COMO SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y DEBERÁ SER CONSIDERADA POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO EN EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL PUNTO 4 DE LA CONVOCATORIA SE PONDRÁ UNA COPIA AL FINALIZAR EL ACTO A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO, EN EL TABLERO DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN EL ALMACÉN DELEGACIONAL, CON DOMICILIO EN CALZADA LÁZARO CÁRDENAS #3069 FRACCIONAMIENTO NUEVO MEXICALI, C.P. 21600 MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR UN TÉRMINO NO MENOR A 5 DÍAS HÁBILES, ASÍ MISMO, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL (LOS) ACTO(S), EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE EL DE NOTIFICACIÓN PERSONAL.

NO HABIENDO OTRO HECHO QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **14:10 HORAS DEL DÍA 28 DE JULIO DE 2026**, FIRMANDO LOS PRESENTES PARA LOS EFECTOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y DE NOTIFICACIÓN A QUE HAYA LUGAR, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ AL ACTA, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

ESTA ACTA CONSTA DE 08 FOJAS ÚTILES Y 3 (TRES) ANEXOS CONSTANTES DE 64 FOJAS.



2026
año de
**Margarita
Maza**



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS-MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

FIN DE TEXTO

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
ING. CRISTOFER FÉLIX LÓPEZ.- ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	FIRMADA ELECTRÓNICAMENTE MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (E.FIRMA)
LIC. MELISSA MARLEN SOLANO CORREA.- JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
ING. JESUS EDUARDO DOMINGUEZ LOZOYA.- ANALISTA SUPERVISOR E2	





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO I
PANTALLA DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

Código del expediente

E-2026-00072921

Número de procedimiento de contratación ①

LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

Estatus del procedimiento de contratación ①

EN ACLARACIONES

Código interno del procedimiento

P-2026-00064096

Nombre del procedimiento de contratación

ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Licitantes que han presentado proposición:

0

Datos Generales

Requerimientos

Solicitudes de aclaración

Historial de solicitudes de aclaración

Director de acciones

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Suspender junta / Modificar cronograma

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones *

21/07/2026 11:00

Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compras MX *

20/07/2026 11:00

Empresas que han manifestado interés en participar

Q BUSCAR

Exportar Estado

Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expiración de interés	Manifesto	Acumulado de Solicitudes de Aclaraciones	Acumulado de Preguntas
1	AGASTEDECOR TERAPEUTICO SA DE CV	16/07/2026 12:43	17/07/2026 09:56			
2	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	14/07/2026 09:30	14/07/2026 21:10			
3	ARMAMAC SA DE CV	14/07/2026 14:46				
4	CAPRIVEX SA DE CV	13/07/2026 18:10	13/07/2026 18:11			
5	CASOMATO STEELCO SPA SA DE CV	14/07/2026 10:55				
6	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	14/07/2026 17:34	20/07/2026 07:36			
7	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	13/07/2026 21:57	13/07/2026 21:58			
8	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	14/07/2026 09:18	14/07/2026 09:24			
9	CORPORATIVO MEDU SA DE CV	14/07/2026 11:31	14/07/2026 11:32			
10	DIRECHSA SA DE CV	15/07/2026 09:39				
11	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	13/07/2026 18:08	13/07/2026 18:09			
12	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	15/07/2026 14:05	15/07/2026 14:06			
13	DRÁGER MEDICAL MEDICO SA DE CV	17/07/2026 10:27	17/07/2026 11:39			
14	DU MOUNT CI SA DE CV	15/07/2026 13:03	15/07/2026 13:11			
15	EDDY VAZQUEZ DASTIDA	16/07/2026 17:47	16/07/2026 17:51			



2026
año de
Margarita
Maza



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO I
PANTALLA DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

16	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	14/07/2026 10:32		
17	ERNESTO RODRIGUEZ VALLES	16/07/2026 17:43	16/07/2026 18:09	
18	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV	14/07/2026 11:09		
19	FLEXUS SA DE CV	14/07/2026 11:51	20/07/2026 02:13	
20	FRANCISCO JAVIER LUZANIA CARDENAS	15/07/2026 01:49		
21	GABRIEL DELGADO ALONSO	20/07/2026 10:36	20/07/2026 10:36	
22	GRUPO MEDICA STORE S DE RL DE CV	14/07/2026 18:04		
23	HOMO ROBOTICS S A P I DE CV	20/07/2026 10:10	20/07/2026 10:20	
24	IDEM MEDICAL SA DE CV	15/07/2026 15:55		
25	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	16/07/2026 10:33	20/07/2026 09:08	
26	INTERSURGICAL SA DE CV	15/07/2026 08:54	15/07/2026 08:55	
27	LESLI FATIMA CRUCES DENITIZ	14/07/2026 12:03	14/07/2026 12:04	
28	MED RENT SA DE CV	16/07/2026 11:22	16/07/2026 11:24	
29	MEDICAL CORPORATION GROUP SA DE CV	14/07/2026 18:34		
30	MIGUEL ANGEL VILLANUEVA PONCE	16/07/2026 13:30		
31	OCTAVIO YAIR AYILA ANGURANO	15/07/2026 14:10		
32	PRANA MEDICAL SA DE CV	14/07/2026 12:58		
33	PRO OMNIMEDIC SA DE CV	17/07/2026 12:24	17/07/2026 12:25	
34	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	16/07/2026 19:23	16/07/2026 19:24	
35	SECURE INC SA DE CV	16/07/2026 16:01	16/07/2026 16:02	
36	SEDEX & ZAMMA SA DE CV	14/07/2026 12:08		
37	SELIMAX SA DE CV	17/07/2026 19:10		
38	SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS SA DE CV	16/07/2026 14:48	16/07/2026 14:50	
39	SERVICIOS Y EQUIPOS EN BIOTECNOLOGIA DE ZACATECAS SA DE CV	14/07/2026 16:10		
40	SILK IMPORTS S DE RL DE CV	14/07/2026 15:15	21/07/2026 10:50	
41	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	14/07/2026 15:02		
42	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	15/07/2026 15:41	15/07/2026 15:42	
43	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	20/07/2026 12:55	20/07/2026 13:13	
44	TRANSMEDICA SA DE CV	14/07/2026 22:57		
45	VICTOR MANUEL MELO SERRANO	15/07/2026 04:22	15/07/2026 04:23	



2026
año de
Margarita
Maza



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

NO.		LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
1	1167271	CORPORATIVO MEDLI SA DE CV	ANEXO TÉCNICO	MUY BUEN DÍA. REFERENTE A LAS PARTIDAS 34, 35, Y 36. LAS DESCRIPCIONES NO SON MUY CLARAS YA QUE EN TEORÍA LA PLACA QUE MANEJAMOS DE LA MARCA SUPRAKER PODRÍA FIGURAR EN LAS 3 PARTIDAS. NUESTRA PLACA ES DESECHABLE Y CUENTA CON EL SISTEMA REM, CON SU CABLE Y CONECTOR DE UN PLUG. ¿SE PUEDE OFERTAR PARA LAS 3 PARTIDAS? ¿O NOS PUEDEN DAR UNA DESCRIPCIÓN MÁS DETALLADA PARA PODER DICERNIR?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LAS TRES PARTIDAS CORRESPONDEN A CONSUMIBLES CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, COMPATIBILIDADES Y PRESENTACIONES TOTALMENTE DISTINTAS, POR LO QUE NO ES POSIBLE OFERTAR UN MISMO PRODUCTO PARA LAS TRES CLAVES: PARA LA PARTIDA 34: SE SOLICITAN PLACAS DOBLES DESECHABLES EN PRESENTACIÓN CAJA CON 100 PIEZAS (COMPATIBLES CON EQUIPO CONMED). PARA LA PARTIDA 35: SE REQUIERE UNA PLACA DE RETORNO REUSABLE DE SILICÓN POR PIEZA (COMPATIBLE CON EQUIPO ALSA EXCELL 350). PARA LA PARTIDA 36: SE SOLICITA PLACA DESECHABLE CON TECNOLOGÍA DE ÁREA DIVIDIDA (REM) POR PIEZA (COMPATIBLE CON EQUIPO LED SURTRON 400 HP). ADICIONALMENTE, LAS TRES PARTIDAS REQUIEREN COMPATIBILIDAD DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS BASE. LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE EstrictAMENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES PARA CADA PARTIDA DE FORMA INDIVIDUAL.	AREA TECNICA
2	1167304	CORPORATIVO MEDLI SA DE CV	ANEXO TÉCNICO	AL FINAL DEL ANEXO APARECE UNA LEYENDE QUE DICE "SU PROPUESTA DEBERÁ COTIZAR POR EL TOTAL DE LA CANTIDAD DE LAS PARTIDAS" POR LO CUAL INTERPRETAMOS QUE LA PROPUESTA TÉCNICA ES POR LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS Y QUE NO SE HACEN PROPUESTAS PARCIALES. ¿NUESTRA INTERPRETACIÓN ES CORRECTA?	REMITIRSE A LAS ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA	AREA TECNICA
3	1167452	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	ANEXO 1	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA LA PARTIDA 30 INSUMOS QUE SON ORIGINARIOS DE ARGENTINA, PAIS QUE TIENE CON LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ACUERDOS DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA (ACE)	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO TIENE EL CARÁCTER DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS.	AREA TECNICA





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

				DENTRO DEL MARCO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI) Y EN TÉRMINOS GENERALES, LA RELACIÓN MEXICO - ARGENTINA, LA CUAL SE RIGE POR EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA (AAE) VIGENTE DESDE 2008, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE ACEPTA?	ÚNICAMENTE PODRÁN PARTICIPAR BIENES ORIGINARIOS DE MÉXICO O DE LOS PAÍSES CON LOS QUE NUESTRO PAÍS TENGA SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL PRIMERO DE LA CONVOCATORIA.	
4	1168496	INTERSURGICAL SA DE CV	6 INCISO L	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINION POSITIVA CON FECHA DE HASTA DOS DÍAS HÁBILES ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, ESTO DEBIDO A QUE DICHA OPINION SOLO CUENTA CON VIGENCIA DE 24HRS Y EXISTE LA POSIBILIDAD QUE POR CAUSAS AJENAS A NOSOTROS NOS SEA IMPOSIBLE LA OBTENCIÓN DE DICHO DOCUMENTO Y POR ENDE NO PODAMOS SUBIR EN TIEMPO Y FORMA LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO ESTO NO LO HARÁ COMO ÚNICA OPCIÓN ACEPTABLE NI SERÁ OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	AREA CONTRATANTE
5	1168556	INTERSURGICAL SA DE CV	13.2 FIRMA DE CONTRATO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS, LA FIRMA DEL CONTRATO SE LLEVARA A CABO A TRAVES DEL MODULO DE FORMALIZACION DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX. FAVOR DE ACLARAR	MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX. EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO POR EL QUE SE INCORPORA COMO UN MÓDULO DE COMPRAS MX LA APLICACIÓN DENOMINADA FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y SE EMITEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE REGULAN SU FUNCIONAMIENTO" PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DEBERÁN FORMALIZAR DE MANERA ELECTRÓNICA LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE SE DERIVEN DE LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO GENERAR Y/O INCORPORAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE LES REQUIERA DE LOS MISMOS.	AREA CONTRATANTE
6	1168563	INTERSURGICAL SA DE CV	PARTIDA 5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ENTREGAR, CAL SODADA GRANULAR EN PRESENTACIÓN DE GARRAFA DE 5L (4.5 KG) EN EL ENTENDIDO DE QUE SE REALIZARÁ LA DEBIDA CONVERSIÓN PARA CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO, DONDE POR	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES EN LA PRESENTACIÓN EXACTA REQUERIDA EN LAS BASES PARA LA PARTIDA 5. LO ANTERIOR OBEDECE A RAZONES DE CONTROL LOGÍSTICO Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL	AREA TECNICA



2025
Año de
La Mujer
Indígena



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

				CADA CUBETA DE 16KG SOLICITADA SE ENTREGARÁN 4 GARRAFAS CERRADAS (MIN. 328 - MAX. 812 GARRAFAS). ¿SE ACEPTA?	INSTITUTO, YA QUE EL SURTIDO Y DESPACHO DE INSUMOS HACIA LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS SE REALIZA DE FORMA FRACCIONADA CONFORME A LA PRESENTACIÓN AUTORIZADA INSTITUCIONALMENTE. ACEPTAR EMPAQUES COLECTIVOS O MODIFICACIONES EN EL ENVASE SECUNDARIO AFECTARÍA LA OPERACIÓN HOSPITALARIA, EL CONTROL DE LOTES Y LA SEGREGACIÓN EN LOS ALMACENES. SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL.	
7	1168580	INTERSURGICAL SA DE CV	PARTIDA 10	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR Y EN CASO DE SER ASIGNADOS, ENTREGAR CIRCUITO CIRCULAR PEDIÁTRICO DESECHABLE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE Estrictamente a lo solicitado en las bases. SE RATIFICA LA DESCRIPCIÓN PARA LA PARTIDA 10: CIRCUITO CIRCULAR PEDIÁTRICO REUSABLE 1.5 M. PRESENTACIÓN: PIEZA. NÚMERO DE CATÁLOGO: 2165961. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.053.0356 UNIDAD DE ANESTESIA, MARCA: DRÄGER, MODELO: JULIAN. NO SE AUTORIZAN MODIFICACIONES.	AREA TECNICA
8	1169787	SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS SA DE CV	ANEXO TECNICO PARTIDA 34	PARTIDA 34 CLAVE 379 704 0056 00 01 - SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCATORIA NOS PODRIA INDICAR SI SE REQUIERE PLACA CON CONECTOR, O SE PUEDE OFERTAR PLACA SIN CONECTOR Y 10 CONECTORES REUSABLES, EN CASO DE SER ASI, CON CUAL TIPO DE CONECTOR TIPO PLUG O TIPO REM.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 34, SE REQUIERE COTIZAR "PLACAS DOBLES DESECHABLES PARA ADULTO" EN SU PRESENTACIÓN DE CAJA CON 100 PIEZAS, DE CONFORMIDAD CON EL CATÁLOGO DE REFERENCIA 410-2000 COMPATIBLE CON EL EQUIPO BASE SOLICITADO. NO SE AUTORIZA EL CAMBIO DE PRESENTACIÓN NI LA INCLUSIÓN DE CONECTORES REUTILIZABLES O CABLES ADICIONALES NO PREVISTOS EN LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE.	AREA TECNICA
9	1169792	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	PARTIDA 25	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI EL CONECTOR QUE SE REQUIERE ES TIPO DISS O INFRA ROSCADO, SI NOS PUDIERA AYUDAR CON ALGUNA IMAGEN	DEBERÁN CONSIDERAR PARA LA PARTIDA 25 Y CONFORME SU DESCRIPCIÓN LO SIGUIENTE: "...ENCHUFE RAPIDO Y ROSCABLE TIPO SSID CONEXION DE SALIDA PARA HUMIDIFICADOR TIPO AMERICANO CON ROSCA 9/16 18 Y ADAPTADOR EUROPEO R 3/8 BSP, PRESION DE TRABAJO 4-6 KG/CM2..."	AREA TECNICA
10	1169793	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	PARTIDA 33	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN FILTRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FILTRO DE NARIZ ARTIFICIAL HME, HUMID-VENT COMPACTO Y RECTO PARA VOLÚMENES	NO SE ACEPTA SU PETICIÓN DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA LA PARTIDA 33 (CLAVE 379.641.0037.00.01), PODRÁN OFERTAR	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

				TIDAL ENTRE 150 ML-1,000 ML. OFRECE UNA BAJA RESISTENCIA AL FLUJO. CARACTERÍSTICAS: • 30 MG/L DE PRODUCCIÓN DE HUMEDAD A UN VOLUMEN CORRIENTE DE 1000 ML. • EFICACIA BACTERIANA DEL 99,9999 %; • EFICACIA VIRAL DE MÁS DEL 99,99 % • CON PUERTO PUERTO PARA LÍNEA DE MUESTREO DE GAS. • EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE. • LIBRE DE LÁTEX.	AQUELLOS INTERCAMBIADORES DE CALOR Y HUMEDAD (NARIZ ARTIFICIAL / HME) QUE CUMPLAN CON LA FUNCIÓN TÉCNICA SOLICITADA Y DEMUESTREN SU TOTAL COMPATIBILIDAD CON EL EQUIPO MÉDICO BASE "VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO MARCA GE MODELO IVENT 201 IC/AB". NO SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO EXCLUSIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS O VALORES PUNTUALES MENCIONADOS EN SU PREGUNTA. LA EVALUACIÓN TÉCNICA SE REALIZARÁ CON BASE EN EL CUMPLIMIENTO FUNCIONAL Y DE COMPATIBILIDAD SOLICITADO EN LAS BASES.	
11	1169794	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	PARTIDA 37	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE EL RANGO QUE DEBE TENER EL MANOMETRO, CONSIDERANDO QUE LOS MANUALES DE RESUCITACION REFIEREN MANEJO DE PRESIONES DE 0 A 60 MMHG. CONSIDERANDO QUE LOS ADITAMENTOS DE SEGURIDAD (MANOMETRO Y VALVULA PEEP) ELEVAN EL PRECIO DEL INSUMO APROXIMADAMENTE EN UN 40%, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE REQUIERE EL INSUMO CON DICHS ADITAMENTOS	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. CONFORME LA DESCRIPCION DE LA PARTIDA 37, ESTA INDICA LO SIGUIENTE: "...MARCA: MERCURY MEDICAL PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 1056028..." DE ESTA FORMA CONFORME LA MARCA Y CATALOGO SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL RANGO DE MEDICIÓN REQUERIDO PARA EL MANÓMETRO DE PRESIÓN EN LA VÍA AÉREA ES DE 0 A 60 CM H₂O (CENTÍMETROS DE AGUA) Y NO MMHG, ESTO CON EL FIN DE GARANTIZAR UN MONITOREO SEGURO Y EVITAR BAROTRAUMA EN EL PACIENTE. NO SE ACEPTA LA MODIFICACIÓN. SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES. LA CONVOCANTE REQUIERE EL INSUMO CON EL MANÓMETRO DE PRESIÓN Y LA VÁLVULA PEEP INTEGRADOS. NO SE ACEPTA LA ELIMINACIÓN DE DICHS COMPONENTES Y SE MANTIENE LA DESCRIPCIÓN ORIGINAL DE LAS BASES.	AREA TECNICA
12	1169795	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	PARTIDA 38	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE EL RANGO QUE DEBE TENER EL MANOMETRO, CONSIDERANDO QUE LOS MANUALES DE RESUCITACION REFIEREN MANEJO DE PRESIONES DE 0 A 60 CMH2O. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE EL RANGO QUE DEBE TENER LA VALVULA PEEP, CONSIDERANDO QUE LOS MANUALES DE RESUCITACION	SE ACLARA Y SE CONFIRMA. EL RANGO REQUERIDO PARA EL MANÓMETRO DE PRESIÓN INTEGRADO EN EL RESUCITADOR NEONATAL ES DE 0 A 60 CMH₂O, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE REANIMACIÓN NEONATAL PARA EL MONITOREO SEGURO DE LA PRESIÓN EN LA VÍA AÉREA. SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA. SE ACLARA Y SE CONFIRMA. EL RANGO OPERATIVO REQUERIDO PARA LA VÁLVULA PEEP AJUSTABLE EN EL EQUIPO NEONATAL DEBE CUBRIR UN ESPECTRO DE 0 A 20 CMH₂O, PERMITIENDO AL PERSONAL	AREA TECNICA




**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA**

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

**ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN**
**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026**
"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

				REFIEREN MANEJO DE PRESIONES DE 0 A 20 CMH2O.	MÉDICO REGULAR CON PRECISIÓN LA PRESIÓN POSITIVA	
13	1169807	SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS SA DE CV	ANEXO TECNICO, PARTIDA 35	PARTIDA 35 CLAVE 379 704 0114 00 01 - SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCATORIA NOS PUEDA INDICAR SI SE REQUIERE PLACA REUSABLE DE SILICON CON CABLE PLUG, EN CASO DE SER NEGATIVO, NOS PODRIA INDICAR QUE TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE.	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE NO SE SOLICITA EL CABLE CONECTOR. LA PRESENTE PARTIDA REQUIERE ÚNICAMENTE LA PLACA DE RETORNO REUSABLE DE SILICÓN. DICHA PLACA DEBE CONTAR DE FORMA NATIVA CON EL PIN O BORNE DE CONEXIÓN ESTÁNDAR QUE GARANTICE UNA COMPATIBILIDAD Y ACOPLAMIENTO MECÁNICO PERFECTO Y SEGURO CON EL CABLE ADAPTADOR ORIGINAL DE LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA MARCA ALSA, MODELO EXCELL 350. SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.	AREA TECNICA
14	1169808	SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS SA DE CV	ANEXO TECNICO PARTIDA 36	PARTIDA 36 CLAVE 379 704 0262 00 01 - SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE REQUIERE PLACA DESECHABLE SIN CABLE, EN CASO QUE SEA NEGATIVO, QUE TIPO DE CONECTOR REQUIERE, PLUG O REM	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE NO SE SOLICITA EL CABLE CONECTOR. LA PRESENTE PARTIDA CORRESPONDE ÚNICAMENTE A LA PLACA DE RETORNO DESECHABLE DE ÁREA DIVIDIDA (TECNOLOGÍA REM) PARA PACIENTE ADULTO, DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN Y EL CATÁLOGO DE REFERENCIA F7920, LA CUAL DEBE SER COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA LED SURTRON 400 HP. LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE STRICTAMENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.	AREA TECNICA
15	1169822	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	CONVOCATORIA, 2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS, REGISTRO SANITARIO	DICE:"EN EL CASO DE LAS CLAVES QUE, DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 ("DEMANDA AGREGADA"), NO REQUIERA UN REGISTRO SANITARIO TODA VEZ QUE FUE SOLICITADO ANTE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) O SE HAYA REALIZADO UNA CONSULTA POR ESCRITO Y ESA COMISIÓN REFIERE SER UN INSUMO EXCEPTUADO, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR:CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN: OFICIO EMITIDO POR LA COFEPRIS DONDE SE MANIFIESTE FORMALMENTE QUE EL BIEN OFERTADO NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO. • COINCIDENCIA DE DESCRIPCIÓN: DICHO DOCUMENTO DEBERÁ INDICAR DE MANERA EXPRESA LA DESCRIPCIÓN DEL INSUMO, LA CUAL DEBE COINCIDIR EXACTAMENTE CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ("DEMANDA AGREGADA"). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PARA AQUELLOS BINES QUE NO	NO SE ACEPTA. EL ACUERDO DEL DOF CONTEMPLA DENOMINACIONES GENÉRICAS QUE NO GARANTIZAN EL GRADO MÉDICO, LA ESTERILIDAD NI LA BIOCOMPATIBILIDAD REQUERIDA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES. PARA EVITAR RIESGOS SANITARIOS, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR INVARIABLEMENTE EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE O EL OFICIO DE EXCEPCIÓN INDIVIDUAL EMITIDO POR COFEPRIS, DONDE SE VALIDE FORMALMENTE QUE LA MARCA Y MODELO OFERTADO SON APTOS PARA USO HOSPITALARIO. SE MANTIENE LO SOLICITADO.	AREA TECNICA


2025
 Año de
La Mujer
 Indígena



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

				REQUIEREN REGISTRO SANITARIO NOS PERMITA PRESENTAR UNICAMENTE EL "ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LISTADOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, LOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE, POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" PUBLICADO EL 07 DE JULIO DE 2025 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEBIDAMENTE REFERENCIADO. ¿SE ACEPTA?		
16	1169823	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	TÉRMINOS Y CONDICIONES, 4. PLAZO DE ENTREGA...	DICE: "LA PRIMERA ORDEN DE REPOSICIÓN PODRÁ SER GENERADA HASTA POR UN 20 POR CIENTO DE LA CANTIDAD MÁXIMA REQUERIDA" SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REALIZAR LA ENTREGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES ADJUDICADOS, EN LUGAR DE EFECTUAR ENTREGAS PARCIALES DERIVADAS DE LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN CONFORME A LAS NECESIDADES HOSPITALARIAS. LO ANTERIOR, PARA OPTIMIZAR LA LOGÍSTICA DE SUMINISTRO Y REDUCIR LOS COSTOS DE DISTRIBUCIÓN, SIEMPRE QUE SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES ABIERTA CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 4.9 DE LAS POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DONDE ESTABLECE QUE EL NIVEL DE INVENTARIO MÁXIMO AUTORIZADO ENTRE 1.9 Y 2.2 MESES. POR LO ANTERIOR EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y CONFORME AL NUMERAL 4 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEBERÁ ENTREGAR BAJO ÓRDENES DE REPOSICIÓN.	AREA TECNICA
17	1169830	PRO OMNIMEDIC SA DE CV	LICENCIAS Y AVISOS / CARTA DE RESPALDO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR CARTA DE APOYO FIRMADA POR DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, ¿SE ACEPTA?	REMITIRSE A LAS ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA	AREA TECNICA
18	1169834	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS. LICENCIAS Y AVISOS	DICE: "ATENDIENDO A LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON LA LEY GENERAL DE SALUD, EL LICITANTE PARTICIPANTE DEBERÁ DE INTEGRAR * SU AVISO DE FUNCIONAMIENTO. DICHOS DOCUMENTOS DEBERÁN: * ESTAR PRESENTADOS Y/O AUTORIZADOS AL LICITANTE. *CONTAR CON LA	SÍ ES CORRECTO ENTENDER QUE SE ACEPTARÁ LA MODALIDAD SEÑALADA EN SU PREGUNTA. NO OBSTANTE, EN ESTRICTO APEGO AL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD Y LIBRE PARTICIPACIÓN, SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE SÍ SE ACEPTARÁ CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE AVISO DE FUNCIONAMIENTO EMITIDA POR LA COFEPRIS	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

				AUTORIZACIÓN PARA LA CATEGORÍA: INSUMOS PARA LA SALUD, PROCESO DE FABRICACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES OFERTADOS. *ESTAR PRESENTADOS Y/O AUTORIZADOS POR COFEPRIS. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE REQUISITO, SE ACEPTARÁ EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE CON LA MODALIDAD "ALMACÉN DE DEPÓSITO Y/O DISTRIBUCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, O REMEDIOS HERBOLARIOS O MEDICAMENTOS NO CONTROLADOS O MATERIA PRIMA PARA MEDICAMENTOS NO CONTROLADOS", EN VIRTUD DE QUE DICHO AVISO AMPARA ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD?	(TALES COMO FÁBRICAS, LABORATORIOS, ALMACENES DE DEPÓSITO DE INSUMOS PARA LA SALUD, FARMACIAS CON VENTA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, ENTRE OTROS), SIEMPRE Y CUANDO DICHO DOCUMENTO FACULTE LEGALMENTE AL PARTICIPANTE PARA REALIZAR EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO Y/O FABRICACIÓN DE LA CATEGORÍA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.	
19	1169844	PRO OMNIMEDIC SA DE CV	ANEXO NUMERO 1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR LO SIGUIENTE: PARA LA PARTIDA 10 CORRESPONDIENTE A LA CLAVE 379-200-543 CIRCUITO CIRCULAR PEDIÁTRICO, ¿SE ACEPTA LA OPERTA DE INSUMOS DESECHABLES EN LUGAR DE REUTILIZABLES, CONSIDERANDO QUE ESTOS CONTRIBUYEN A REDUCIR EL RIESGO DE INFECCIONES CRUZADAS Y MEJORAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE RATIFICA QUE EL INSUMO REQUERIDO PARA LA PARTIDA 10 DEBE SER EstrictAMENTE REUSABLE, CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE Y AL NÚMERO DE CATÁLOGO DE REFERENCIA 2165961 PARA EL EQUIPO DE ANESTESIA MARCA DRÄGER MODELO JULIAN. LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE ESTRICTAMENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES. NO SE AUTORIZAN MODIFICACIONES.	AREA TECNICA
20	1169845	PRO OMNIMEDIC SA DE CV	ANEXO NUMERO 1	PARA LA PARTIDA 32 CON CLAVE 379-625- 37 (MICRONEBULIZADOR TAMAÑO ADULTO CON MASCARILLA, ADAPTADOR EN T Y TUBO CORRUGADO), SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ¿ES CORRECTA LA ESPECIFICACIÓN QUE INCLUYE UN NEBULIZADOR DE 500 ML? TODA VEZ QUE, CONFORME A LA PRÁCTICA CLÍNICA Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS DISPOSITIVOS DE TERAPIA RESPIRATORIA, LOS MICRONEBULIZADORES ESTÁN DISEÑADOS PARA TRABAJAR CON VOLÚMENES PEQUEÑOS DE SOLUCIÓN (GENERALMENTE ENTRE 2 Y 10 ML), CON	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE RATIFICA LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA PARTIDA 32 CON CLAVE 379-625-0037, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR PARA SU PROPUESTA TÉCNICA EL INSUMO: MICRONEBULIZADOR (TAMAÑO ADULTO, INCLUYE MASCARILLA, ADAPTADOR EN T Y TUBO CORRUGADO), CON NEBULIZADOR DE 500 ML. LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DEBERÁN APEGARSE ESTRICTAMENTE Y DE FORMA LITERAL A LO SOLICITADO EN EL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (DEMANDA AGREGADA). NO SE AUTORIZAN MODIFICACIONES.	AREA TECNICA




**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA**

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

**ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN**
**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026**
"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

				EL FIN DE GENERAR PARTÍCULAS ADECUADAS PARA LA INHALACIÓN; POR LO QUE UN VOLUMEN DE 500 ML RESULTA INCONGRUENTE CON SU FUNCIONAMIENTO, PUDIENDO AFECTAR LA EFICIENCIA DEL TRATAMIENTO Y LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL FÁRMACO.		
21	1169847	PRO OMNIMEDIC SA DE CV	ANEXO NUMERO 1	PARA LA PARTIDA 44 CON CLAVE 379-903-3901 TUBO CORRUGADO DESECHABLE 22MM DE DIAMETRO LONGITUD 170-179CM, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR LA OFERTA DE TUBO CORRUGADO DE 22 MM EN PRESENTACIÓN DE ROLLO DE 30 METROS (1 PIEZA). CONSIDERANDO QUE LA PRESENTACIÓN SOLICITADA DE 1 CAJA CON 10 PIEZAS EQUIVALE A UN TOTAL DE 17.5 METROS LINEALES, POR LO QUE SE PROPONE ENTREGAR LA EQUIVALENCIA EN ROLLOS DE 30 METROS PARA GARANTIZAR QUE EL INSTITUTO RECIBA UN METRAJE IGUAL O SUPERIOR AL REQUERIDO. EL AJUSTE SE DESGLOSARÁ CLARAMENTE EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA CUMPLIR CON LA UNIDAD DE MEDIDA "CAJA CON 10 PZAS". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE DEBERÁ APEGARSE EstrictAMENTE A OFERTAR Y, EN CASO DE SER ADJUDICADO, ENTREGAR EL BIEN CON LAS ESPECIFICACIONES, PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES SOLICITADAS EN LA CONVOCATORIA PARA LA PARTIDA NÚMERO 44. LO ANTERIOR SE DEBE A QUE EL PROCESO DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN SE REALIZA DE MANERA INDIVIDUALIZADA A LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y SERVICIOS CLÍNICOS (COMO TERAPIA INTENSIVA O INHALOTERAPIA), LOS CUALES REQUIEREN EL TUBO CORRUGADO CORTADO Y EMPACADO DE ORIGEN EN LA LONGITUD DE 170-179 CM PARA SU USO INMEDIATO EN EL PACIENTE. ACEPTAR UNA PRESENTACIÓN EN ROLLO CONTINUO AFECTARÍA LA OPERACIÓN HOSPITALARIA, LOS CONTROLES DE ESTERILIDAD Y LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN MÉDICA. SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES.	AREA TECNICA
22	1169935	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	OPINIONES DE CUMPLIMIENTO SAT, IMSS E INFONAVIT	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO VIGENTES DEL SAT, IMSS E INFONAVIT DE UN DÍA HABIL ANTES DE LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO ESTO NO LO HARÁ COMO ÚNICA OPCIÓN ACEPTABLE NI SERÁ OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	AREA CONTRATANTE
23	1169936	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	PARTIDA 19	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR CON RELACION A LA PARTIDA 19 DOMO PARA TRANSDUCTOR DE MONITOR SI ES REQUERIDO REUSABLE O DESECHABLE.	"SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE SE ACEPTARÁ QUE OFERTEN EL INSUMO EN SU VERSIÓN REUSABLE O DESECHABLE, QUEDANDO A LIBRE DETERMINACIÓN DEL LICITANTE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE SU MARCA Y FABRICANTE. EN AMBOS CASOS, LAS PROPUESTAS DEBERÁN APEGARSE EstrictAMENTE A LA DESCRIPCIÓN LITERAL ESTABLECIDA EN LAS BASES PARA LA PARTIDA 19, ESTO ES: DOMO PARA TRANSDUCTOR DE MONITOR, DEBIENDO GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD Y EL ACOPLAMIENTO PERFECTO CON LOS TRANSDUCTORES Y MONITORES DEL	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					INSTITUTO. SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES CON ESTA PRECISIÓN."	
24	1169937	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	PARTIDA 19	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR CON RELACION A LA PARTIDA 19 DOMO PARA TRANSDUCTOR DE MONITOR SI ES REQUERIDO CON CABLE? Y QUE TIPO DE CABLE REM O PLUM?	SE ACLARA QUE PARA LA PARTIDA 19, SE REQUIERE ÚNICAMENTE DOMO PARA TRANSDUCTOR DE MONITOR.NO SE REQUIERE LA INCLUSIÓN DE CABLES O CONECTORES ADICIONALES EN ESTA PARTIDA, POR LO QUE NO APLICA LA ESPECIFICACIÓN DE TIPOS REM O PLUM MENCIONADA POR EL PARTICIPANTE. LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE EstrictAMENTE Y DE FORMA LITERAL A LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN ESTABLECIDA EN LAS BASES. NO SE AUTORIZAN MODIFICACIONES.	AREA TECNICA
25	1169938	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	PARTIDA 19	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA LA PARTIDA 19: DOMO PARA TRANSDUCTOR DE MONITOR, EN CASO QUE SE REQUIERA CON CABLE DIRECTO AL EQUIPO PODER OFERTA UN CABLE REUSABLE POR CADA 100.	SE ACLARA QUE PARA LA PARTIDA 19, SE REQUIERE ÚNICAMENTE DOMO PARA TRANSDUCTOR DE MONITOR.NO SE REQUIERE LA INCLUSIÓN DE CABLES O CONECTORES ADICIONALES EN ESTA PARTIDA, POR LO QUE NO APLICA LA ESPECIFICACIÓN DE TIPOS REM O PLUM MENCIONADA POR EL PARTICIPANTE. LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE EstrictAMENTE Y DE FORMA LITERAL A LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN ESTABLECIDA EN LAS BASES. NO SE AUTORIZAN MODIFICACIONES.	AREA TECNICA
26	1169953	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	PARTIDA 35	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EN RELACION A LA PARTIDA 35 PLACA DE RETORNO PARA PACIENTE DE ELECTROCAUTERIO, QUE TIPO DE PACIENTE SE REQUIERE, ADULTO O PEDIATRICO?	"SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE SE REQUIERE EL INSUMO DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN LITERAL ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA LA PARTIDA 35, ESTO ES: PLACA DE RETORNO PARA PACIENTE DE ELECTROCAUTERIO PARA SU USO EN EL EQUIPO MARCA ALSA, MODELO EXCELL 350. POR LO TANTO, NO SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA CLAVE NI LA INCLUSIÓN DE TÉRMINOS ACLARATORIOS ADICIONALES. LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE EstrictAMENTE Y DE FORMA LITERAL A LO SOLICITADO EN EL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (DEMANDA AGREGADA)."	AREA TECNICA
27	1169959	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	PARTIDA 19	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR CON RELACION A LA PARTIDA 19: DOMO PARA TRANSDUCTOR DE MONITOR PARA QUE EQUIPO MARCA Y MODELO ES REQUERIDO.	"NO APLICA SU PETICIÓN DE INDICAR MARCAS O MODELOS. SE REITERA QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 19 NO DEFINE MARCAS ESPECÍFICAS, PROMOVRIENDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SIN EMBARGO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II

RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					MITIGAR RIESGOS EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE, EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO ESTARÁ OBLIGADO A GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD ABSOLUTA Y EL ACOPLAMIENTO PERFECTO DEL DOMO PARA TRANSDUCTOR DE MONITOR CON LOS SISTEMAS DE MONITOREO ACTUALES DEL INSTITUTO. PARA TAL EFECTO, EN CASO DE QUE LA ENTRADA O ACOPLAMIENTO FÍSICO DEL DOMO OFERTADO DIFIERA DE LOS SISTEMAS INSTALADOS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ SUMINISTRAR, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO, LOS CABLES ADAPTADORES O INTERFACES REUSABLES CORRESPONDIENTES PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO. LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DEBERÁN MANIFESTAR EXPRESAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICIÓN. SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES."	
28	1169960	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	PARTIDA 20	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CON RELACION A LA PARTIDA 20 ELECTRODO ECG EL TIPO DE PACIENTE ¿ADULTO O PEDIATRICO?	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE SE REQUIERE EL INSUMO DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN LITERAL ESTABLECIDA EN LAS BASES PARA LA PARTIDA 20, EN CONCORDANCIA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE PARA EL NÚMERO DE CATÁLOGO 4527750, EL CUAL CORRESPONDE A LA PRESENTACIÓN DE ELECTRODOS PARA PACIENTE ADULTO/NIÑO (PEDIÁTRICO) COMPATIBLES CON EL MONITOR DRÄGER INFINITY VISTA. LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE ESTRICTAMENTE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (DEMANDA AGREGADA). NO SE AUTORIZAN MODIFICACIONES.	AREA TECNICA
29	1169961	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	PARTIDA 22	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON RELACION A LA PARTIDA 22 FILTRO ANTIBACTERIAL DESECHABLE NOS PUEDA PROPORCIONAR NUMERO DE CATALOGO	"SE ACLARA QUE PARA LA PARTIDA 22 NO SE CUENTA CON NÚMERO DE CATÁLOGO ESPECÍFICO. NO OBSTANTE, DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL, EL BIEN SOLICITADO ES PARA SU USO EXCLUSIVO EN EL EQUIPO: ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA, CLAVE 531.081.0014, MARCA ALSA, MODELO VORTEX AS200. POR LO TANTO, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ GARANTIZAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA COMPATIBILIDAD MECÁNICA ABSOLUTA, DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE FILTRADO HIDROFÓBICO/ANTIBACTERIAL REQUERIDA POR LOS MANUALES TÉCNICOS DEL FABRICANTE DEL	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					EQUIPO BASE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES."	
30	1169962	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	PARTIDA 22	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON RELACION A LA PARTIDA 22 FILTRO ANTIBACTERIAL DESECHABLE NOS PUEDA PROPORCIONAR UNA IMAGEN DEL FILTRO REQUERIDO	"NO SE ACEPTA SU PETICIÓN. LA CONVOCANTE NO PROPORCIONA IMÁGENES O FOTOGRAFÍAS DE LOS BIENES DENTRO DE ESTE ACTO, TODA VEZ QUE DICHA ACCIÓN LIMITARÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES Y PODRÍA INDUCIR EL PROCEDIMIENTO HACIA UNA MARCA ESPECÍFICA. POR LO TANTO, PARA LA PARTIDA 22, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN APEGARSE Estrictamente y DE FORMA LITERAL A LA DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL: FILTRO ANTIBACTERIAL DESECHABLE. PRESENTACIÓN: PIEZA. NÚMERO DE CATÁLOGO: S/N. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA, CLAVE 531.081.0014, MARCA ALSA, MODELO VORTEX AS200. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ GARANTIZAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA COMPATIBILIDAD MECÁNICA Y FUNCIONAL ABSOLUTA CON EL EQUIPO BASE CITADO. NO SE AUTORIZAN MODIFICACIONES."	AREA TECNICA
31	1169963	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	PARTIDA 29	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN CASO DE SALIR ADJUDICADOS EN LA PARTIDA 29 LAPIZ DESECHABLE CON INTERRUPTOR DE DEDO, PODER ENTREGAR PRESENTACION CAJA CON 100 PIEZAS, CUMPLIENDO LA CANTIDAD SOLICITADA.	"NO SE ACEPTA SU PETICIÓN. EL LICITANTE DEBERÁ APEGARSE Estrictamente A OFERTAR Y ENTREGAR LA PRESENTACIÓN EXACTA SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA PARA LA PARTIDA NÚMERO 29. LO ANTERIOR OBEDECE A RAZONES DE CONTROL LOGÍSTICO Y DISTRIBUCIÓN INTERNA, YA QUE EL ALMACÉN INSTITUCIONAL REALIZA EL SURTIDO Y DESPACHO DE INSUMOS HACIA LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y SERVICIOS CLÍNICOS DE FORMA FRACCIONADA E INDIVIDUALIZADA. ACEPTAR UNA PRESENTACIÓN MASIVA EN CAJAS DE 100 PIEZAS IMPOSIBILITARÍA LA CORRECTA SEGREGACIÓN, CONTROL DE LOTES Y DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LOS BIENES, AFECTANDO LA OPERACIÓN HOSPITALARIA. SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES DE FORMA LITERAL."	AREA TECNICA
32	1169964	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA	PARTIDA 35	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR CON RELACION A LA PARTIDA 35 PLACA DE	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE SE ACEPTARÁ PARA LA PARTIDA 35 QUE OFERTEN EL INSUMO EN SU VERSIÓN REUSABLE O DESECHABLE, QUEDANDO	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

		DE CV		RETORNO PARA PACIENTE DE ELECTROCAUTERIO SI ES REQUERIDO REUSABLE O DESECHABLE.	A LIBRE DETERMINACIÓN DEL LICITANTE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE SU MARCA Y FABRICANTE.	
33	1169965	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	PARTIDA 35	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EN RELACION A LA PARTIDA 35 PLACA DE RETORNO PARA PACIENTE DE ELECTROCAUTERIO, PARA QUE TIPO DE PACIENTE SE REQUIERE ADULTO O PEDIATRICO?	"SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE SE REQUIERE EL INSUMO DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN LITERAL ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA LA PARTIDA 35, ESTO ES: PLACA DE RETORNO PARA PACIENTE DE ELECTROCAUTERIO PARA SU USO EN EL EQUIPO MARCA ALSA, MODELO EXCELL 350. POR LO TANTO, NO SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA CLAVE NI LA INCLUSIÓN DE TÉRMINOS ACLARATORIOS ADICIONALES. LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE Estrictamente y de forma literal a lo solicitado en el anexo de especificaciones técnicas (demanda agregada)."	AREA TECNICA
34	1169966	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	PARTIDA 36	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR EN RELACION A LA PARTIDA 36: PLACA DE RETORNO DESECHABLE, AREA DIVIDIDA (REM), PARA PACIENTE ADULTO, QUE SE REQUIERE CON CABLE TIPO REM.	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE NO SE SOLICITA EL CABLE CONECTOR. LA PRESENTE PARTIDA CORRESPONDE ÚNICAMENTE A LA PLACA DE RETORNO DESECHABLE DE ÁREA DIVIDIDA (TECNOLOGÍA REM) PARA PACIENTE ADULTO, DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN Y EL CATÁLOGO DE REFERENCIA F7920, LA CUAL DEBE SER COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA LED SURTRON 400 HP. LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE STRICTAMENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.	AREA TECNICA
35	1169967	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	PARTIDA 20	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA LA PARTIDA 20 ELECTRODO ECG, EN CASO DE SER REQUERIDO PARA PACIENTE PEDIATRICO, ENTREGAR EN PRESENTACION DE BOLSA CON 100 PIEZAS, CUMPLIENDO CON LA CANTIDAD SOLICITADA EN EL CASO DE SALIR ADJUDICADOS.	"NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES EN LA PRESENTACIÓN EXACTA REQUERIDA EN LAS BASES PARA LA PARTIDA 20. LO ANTERIOR OBEDECE A RAZONES DE CONTROL LOGÍSTICO Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL INSTITUTO, YA QUE EL SURTIDO Y DESPACHO DE INSUMOS HACIA LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS SE REALIZA DE FORMA FRACCIONADA CONFORME A LA PRESENTACIÓN AUTORIZADA INSTITUCIONALMENTE. ACEPTAR EMPAQUES COLECTIVOS O MODIFICACIONES EN EL ENVASE SECUNDARIO AFECTARÍA LA OPERACIÓN HOSPITALARIA, EL	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					CONTROL DE LOTES Y LA SEGREGACIÓN EN LOS ALMACENES. SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL."	
36	1169968	CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	PARTIDA 36	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER EN RELACION A LA PARTIDA 36: PLACA DE RETORNO DESECHABLE, AREA DIVIDIDA (REM), PARA PACIENTE ADULTO, SI SE REQUIERE CON CABLE TIPO REM.	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE NO SE SOLICITA EL CABLE CONECTOR. LA PRESENTE PARTIDA CORRESPONDE ÚNICAMENTE A LA PLACA DE RETORNO DESECHABLE DE ÁREA DIVIDIDA (TECNOLOGÍA REM) PARA PACIENTE ADULTO, DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN Y EL CATÁLOGO DE REFERENCIA F7920, LA CUAL DEBE SER COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA LED SURTRON 400 HP. LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE STRICTAMENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.	AREA TECNICA
37	1170029	ABASTECEDOR TERAPEUTICO SA DE CV	PUNTO 9	PUNTO 9, PARRAFO 5: NO SE CONSIDERARÁN LAS PROPOSICIONES, CUANDO NO COTICE LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES QUE INTEGRAN LA PARTIDA REQUERIDA. PUNTO 9.3 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS, PARRAFO 2: LA ASIGNACIÓN SE HARÁ POR PARTIDA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR EL TIPO DE ASIGNACIÓN (POR PARTIDA O PARTIDA INTEGRAL)	LA ASIGNACION SE REALIZARA POR PARTIDA. 9.3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS. EL CONTRATO SERÁ ADJUDICADO A UN SOLO LICITANTE POR PARTIDA CUYA OFERTA RESULTE SOLVENTE PORQUE CUMPLE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS, CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS PRESENTES BASES Y QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.	AREA CONTRATANTE
38	1170030	ABASTECEDOR TERAPEUTICO SA DE CV	ANEXO TÉCNICO	PARTIDA 10: CIRCUITO CIRCULAR PEDIATRICO REUSABLE 1.5 M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DECATALOGO: 2165961. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 UNIDAD DEANESTESIA. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR QUE EL INSUMO SEA DESECHABLE.	"NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE RATIFICA QUE EL INSUMO REQUERIDO PARA LA PARTIDA 10 DEBE SER ERICTAMENTE REUSABLE, CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE Y AL NÚMERO DE CATÁLOGO DE REFERENCIA 2165961 PARA EL EQUIPO DE ANESTESIA MARCA DRÄGER MODELO JULIAN. LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE ERICTAMENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES. NO SE AUTORIZAN MODIFICACIONES."	AREA TECNICA
39	1170031	ABASTECEDOR TERAPEUTICO SA DE CV	ANEXO TÉCNICO	PARTIDA 20: ELECTRODO ECG. PRESENTACION: BOLSA 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 4527750. PARASU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA:DRÄGER. MODELO: INFINITY VISTA. CANTIDAD MÍNIMA 2,436 CANTIDAD MÁXIMA 6,090 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE SI LAS	SE ACLARA QUE LAS CANTIDADES MÍNIMA (2,436) Y MÁXIMA (6,090) SOLICITADAS CORRESPONDEN A BOLSAS DE 50 PIEZAS CADA UNA. LOS LICITANTES DEBERÁN COTIZAR Y ENTREGAR DICHAS CANTIDADES EN PRESENTACIÓN DE BOLSA CON 50 PIEZAS TAL COMO SE INDICA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 20.	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

				CANTIDADES QUE SOLICITAN SON EN BOLSAS O EN PZ UNITARIA.		
40	1170032	ABASTECEDOR TERAPEUTICO SA DE CV	ANEXO TÉCNICO	PARTIDA 20: ELECTRODO ECG. PRESENTACION: BOLSA 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 4527750. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA:DRÄGER. MODELO: INFINITY VISTA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SOBRE CON 100 PIEZAS	"NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES EN LA PRESENTACIÓN EXACTA REQUERIDA EN LAS BASES PARA LA PARTIDA 20. LO ANTERIOR OBEDECE A RAZONES DE CONTROL LOGÍSTICO Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL INSTITUTO, YA QUE EL SURTIDO Y DESPACHO DE INSUMOS HACIA LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS SE REALIZA DE FORMA FRACCIONADA CONFORME A LA PRESENTACIÓN AUTORIZADA INSTITUCIONALMENTE. ACEPTAR EMPAQUES COLECTIVOS O MODIFICACIONES EN EL ENVASE SECUNDARIO AFECTARÍA LA OPERACIÓN HOSPITALARIA, EL CONTROL DE LOTES Y LA SEGREGACIÓN EN LOS ALMACENES. SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL."	AREA TECNICA
41	1171617	FLEXUS SA DE CV	ANEXO NUMERO 1 (UNO)	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI NOS PERMITE PRESENTAR PRODUCTOS DE ORIGEN DE TURQUIA.	"NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO TIENE EL CARÁCTER DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS. ÚNICAMENTE PODRÁN PARTICIPAR BIENES ORIGINARIOS DE MÉXICO O DE LOS PAÍSES CON LOS QUE NUESTRO PAÍS TENGA SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL PRIMERO DE LA CONVOCATORIA."	AREA TECNICA
42	1171618	FLEXUS SA DE CV	PARTIDA 11	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME PARA QUE PACIENTE ES EL CIRCUITO Y SI SOLO ES UN CIRCUITO CON TRAMPAS DE AGUA	"SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE PARA LA PARTIDA 11 (CLAVE 379.200.0667.00.01), EL CIRCUITO CON TRAMPA DE AGUA Y NEBULIZADOR SOLICITADO DEBERÁ SER PARA PACIENTE ADULTO, EL CUAL DEBERÁ ENTREGARSE COMO UN JUEGO COMPLETO E INTEGRADO (KIT EN UN SOLO EMPAQUE) QUE GUARDE TOTAL COMPATIBILIDAD CON EL VENTILADOR VOLUMÉTRICO MARCA BENNETT MODELO 7200. LO ANTERIOR A FIN DE GARANTIZAR LA HOMOGENEIDAD EN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					Y LA ADECUADA RECEPCIÓN Y DISPERSIÓN DEL INSUMO DESDE EL ALMACÉN INSTITUCIONAL. LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE EstrictAMENTE A LO AQUÍ SEÑALADO."	
43	1171639	FLEXUS SA DE CV	PARTIDA 10	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI EL CIRCUITO ES DESECHABLE Y SI REQUIERE FILTRO O NO	"SE ACLARA SU INQUIETUD. DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL DE LA PARTIDA 10, EL INSUMO SOLICITADO ES REUSABLE Y NO REQUIERE DE ORIGEN FILTRO BACTERIANO INTEGRADO. LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA LAS ESPECIFICACIONES DE FORMA LITERAL TAL COMO SE SOLICITA EN LAS BASES."	AREA TECNICA
44	1171640	FLEXUS SA DE CV	CARTA DE RESPALDO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA CARTA DE APOYO DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO ¿SE ACEPTA?	REMITIRSE A LAS ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA	AREA TECNICA
45	1171641	FLEXUS SA DE CV	PARTIDA 1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORMA SI EN CASO DE NO CUMPLIR CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS EN LA BOQUILLAS DE SPIRETTA SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO ES CORRECTA MI APRECIACION?	"ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE CONFIRMA QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DIMENSIONES Y/O COMPATIBILIDAD SOLICITADAS EN LA PARTIDA 1 (CLAVE 379.103.0574.00.00) SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL INSUMO DEBERÁN GARANTIZAR EL ACOPLAMIENTO MECÁNICO Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LOS ESPIRÓMETROS MARCA NDD MODELOS EASYONE, EASY ON-PC, EASYONE PRO Y EASYONE PRO LAB SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA."	AREA TECNICA
46	1171682	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	NUMERAL 6.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE EN CASO DE QUE NO APLIQUE ALGÚN DOCUMENTO A MI REPRESENTADA, SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR DICHO DOCUMENTO CON LA LEYENDA NO APLICA ¿SE CONFIRMA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO ESTO NO LO HARÁ COMO ÚNICA OPCIÓN ACEPTABLE NI SERÁ OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	AREA CONTRATANTE
47	1171683	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	NUMERAL 6.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE PODRÁN PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO (SAT, IMSS E INFONAVIT) CON UNA FECHA COMPRENDIDA ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS. FAVOR DE CONFIRMAR	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO ESTO NO LO HARÁ COMO ÚNICA OPCIÓN ACEPTABLE NI SERÁ OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	AREA CONTRATANTE





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

000018



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II

RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

48	1171684	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	NUMERAL 6.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PODRÁN SER REPRODUCIDOS POR MI REPRESENTADA Y QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO RESPETAR EXACTAMENTE EL MISMO FORMATO, SIEMPRE Y CUANDO EL ESCRITO REPRODUCIDO INCLUYA LA INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA EN EL FORMATO ORIGINAL DE LA CONVOCATORIA ¿SE CONFIRMA?	EL LICITANTE DEBERA APEGARSE EstrictAMENTE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6 DE LA CONVOCATORIA.	AREA CONTRATANTE
49	1171685	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ENTREGA DE BIENES	CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR PLENAMENTE CON LO SOLICITADO EN ESTA LICITACIÓN Y CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE PIEZAS DEDICADAS CUYA FABRICACIÓN ES DE ORIGEN EXTRANJERO, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE SE CONTEMPLE UNA AMPLIACIÓN EN EL PLAZO DE ENTREGA DE 45 DÍAS A PARTIR DE LA ORDEN DE REPOSICIÓN, A FIN DE GARANTIZAR QUE LOS BIENES SE SUMINISTREN EN TIEMPO Y FORMA CON LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. ¿SE ACEPTA?	"NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. A FIN DE GARANTIZAR EL CONTINUO Y OPORTUNO ABASTO DE LOS INSUMOS, SE RATIFICA EL TIEMPO DE ENTREGA ESTABLECIDO. LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR LO INDICADO EN EL NUMERAL 4 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, QUE ESTABLECE TEXTUALMENTE: ""LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN TENDRÁN UN PERÍODO DE VIGENCIA DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES COMO ENTREGA OPORTUNA. LA CONTABILIZACIÓN DE LOS DÍAS SERÁ A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA NATURAL EN QUE LA ORDEN DE REPOSICIÓN FUE EMITIDA POR PARTE DEL INSTITUTO...""	AREA TECNICA
50	1171686	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	PARTIDA 5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, ES CORRECTO OFERTAR BAJO DESCRIPCIÓN PROPIA DE FABRICANTE: CAL SODADA DRAGERSORB800 EN FORMA SEMIESFÉRICA QUE MEJORA EL RENDIMIENTO HACIA ABSORCIÓN, EN PRESENTACIÓN BIDON DE 5L (5K) CUMPLIENDO EN SU TOTALIDAD CON LO REQUERIDO EN CANTIDAD BAJO CONVERSIÓN POR KILO. FAVOR DE CONFIRMAR.	"NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES EN LA PRESENTACIÓN EXACTA REQUERIDA EN LAS BASES Y ANEXO TÉCNICO PARA LA PARTIDA 5 (PRESENTACIÓN: CUBETA DE 16 KG). LO ANTERIOR OBEDECE A RAZONES DE CONTROL LOGÍSTICO Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL INSTITUTO, YA QUE EL SURTIDO Y DESPACHO DE INSUMOS HACIA LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS SE REALIZA CONFORME A LA PRESENTACIÓN AUTORIZADA INSTITUCIONALMENTE. ACEPTAR EMBASES DE DIVERSA CAPACIDAD (COMO BIDONES DE 5L / 5KG) O DIVERSIFICAR LA UNIDAD DE MEDIDA AFECTARÍA LA OPERACIÓN HOSPITALARIA, EL CONTROL DE INVENTARIOS Y EL ALMACENAMIENTO. SE MANTIENE LO SOLICITADO	AREA TECNICA



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Bvld Lázaro Cárdenas 3069 Fraccionamiento Nuevo Mexicali, B.C., C.P. 21600, Tel: (686) 555 50 58 www.imss.gob.mx

Página 16 de 57



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					DE FORMA LITERAL."	
51	1171687	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	PARTIDA 5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE, ES CORRECTO REALIZAR LA ENTREGA EN EMPAQUE SECUNDARIO CAJA CON 2 PIEZAS, CUMPLIENDO CABALMENTE CON EL ETIQUETADO ESPECIAL POR CAJA.	"NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES EN LA PRESENTACIÓN EXACTA REQUERIDA EN LAS BASES PARA LA PARTIDA 5. LO ANTERIOR OBEDECE A RAZONES DE CONTROL LOGÍSTICO Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL INSTITUTO, YA QUE EL SURTIDO Y DESPACHO DE INSUMOS HACIA LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS SE REALIZA DE FORMA FRACCIONADA CONFORME A LA PRESENTACIÓN AUTORIZADA INSTITUCIONALMENTE. ACEPTAR EMPAQUES COLECTIVOS O MODIFICACIONES EN EL ENVASE SECUNDARIO AFECTARÍA LA OPERACIÓN HOSPITALARIA, EL CONTROL DE LOTES Y LA SEGREGACIÓN EN LOS ALMACENES. SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL."	AREA TECNICA
52	1171688	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	PARTIDA 13	CONSIDERANDO LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, QUE ES ESTÁNDAR POR CONEXIÓN DE 22 MM EN VENTILADORES, Y CON EL FIN DE DAR PASO A LA LIBRE COMPETENCIA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME ES CORRECTO OFERTAR TECNOLOGÍA POR CALOR UNIFORME EN EL TUBO POR DISEÑO DE ALAMBRE HELICOIDAL, CON NÚMERO DE CATÁLOGO SEGÚN FABRICANTE. COMPLETAMENTE COMPATIBLE CON LA DESCRIPCIÓN: CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO CORRUGADO DESECHABLE 22MM DIAMETRO INTERNO, GRADO MEDICO COLOR BLANCO NATURAL RAMA ESPIRACION, AZUL RAMA INSPIRACION CON CALENTADOR DE TUBO EN AMBAS RAMAS Y CAMARA DE HUMIDIFICACION UNIVERSAL DESECHABLE. FAVOR DE CONFIRMAR.	"SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR TECNOLOGÍAS DE CALENTAMIENTO EN EL TUBO (INCLUYENDO CABLE O ALAMBRE CALEFACTOR), SIEMPRE Y CUANDO EL CIRCUITO CUMPLA CON TODAS Y CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN LA CLAVE 379.200.2523.00.01 (CALENTADOR EN AMBAS RAMAS, DIÁMETRO DE 22 MM, CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DESECHABLE DE HASTA 150 ML) Y GUARDE TOTAL COMPATIBILIDAD CON EL EQUIPO BASE ""HUMIDEM CT MARCA IDEM"". LA EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN CUALITATIVA DE DICHAS ESPECIFICACIONES SE REALIZARÁ DURANTE EL ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN SUS PROPUESTAS."	AREA TECNICA
53	1171689	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	PARTIDA 14	POR ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO 8414994, QUE REFIERE A UN CIRCUITO DRÄGER, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE, ES	"SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN	AREA TECNICA





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

000020



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II

RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

				CORRECTO OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR POR CALOR UNIFORME EN EL TUBO POR DISEÑO DE ALAMBRE HELICOIDAL, CON NÚMERO DE CATÁLOGO SEGÚN FABRICANTE. COMPLETAMENTE COMPATIBLE CON LA DESCRIPCIÓN: CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL. CABLE CALEFACTOR EN ESPIRAL DOBLE EN RAMA INSPIRATORIA COLOR AZUL Y TRAMPA DE AGUA EN RAMA EXHALATORIA COLOR BLANCA. PIEZA EN Y GIRATORIA. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION. FAVOR DE CONFIRMAR.	OFERTAR TECNOLOGÍAS DE CABLE O ALAMBRE CALEFACTOR EN LA RAMA INSPIRATORIA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN LA CLAVE 379.200.3315.00.02 (CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL, CABLE CALEFACTOR EN RAMA INSPIRATORIA, TRAMPA DE AGUA EN RAMA EXHALATORIA, PIEZA EN "Y" GIRATORIA, CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN, LÍNEA DE PRESIÓN Y KIT DE ADAPTADORES) Y DEMUESTREN SU TOTAL COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS MÉDICOS BASE SEÑALADOS EN LAS BASES. LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE DICHAS CARACTERÍSTICAS SE REALIZARÁ DURANTE LA ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNICA CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS EN SUS PROPOSICIONES."	
54	1171690	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	PARTIDA 33	CON EL FIN DE CUMPLIR TOTALMENTE CON LA NECESIDAD, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR PARA ESTA PARTIDA SE REQUIERE UN ELEMENTO INTERCAMBIADOR DE CALOR (HME) SIN MEDIO DE FILTRACIÓN O CON FILTRACIÓN VIRUS/BACTERIAS. FAVOR DE ACLARAR.	"SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES PARA LA PARTIDA 33. LOS PARTICIPANTES PODRÁN OFERTAR AQUELLOS INTERCAMBIADORES DE CALOR Y HUMEDAD (HME / NARIZ ARTIFICIAL) QUE CUMPLAN CON LA FUNCIÓN REQUERIDA Y GARANTICEN LA TOTAL COMPATIBILIDAD CON EL EQUIPO MÉDICO BASE "VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO MARCA GE MODELO IVENT 201 IC/AB (CLAVE 531.941.0279.04.01)". LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE REALIZARÁ DURANTE LA ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE."	AREA TECNICA
55	1171691	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	PARTIDA 33	CONSIDERANDO QUE LO REQUERIDO ES UN PRODUCTO CON CONEXIONES ESTÁNDAR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, ES CORRECTO OFERTAR NARIZ ARTIFICIAL HME HUMIDSTAR / TWINSTAR BAJO NÚMERO DE CATÁLOGO SEGÚN FABRICANTE. FAVOR DE CONFIRMAR.	"SI SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO. SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE PODRÁN OFERTAR SUS DISTINTAS OPCIONES DE CATÁLOGO Y MARCAS COMERCIALES (INCLUYENDO MODELOS HME / TWINSTAR O EQUIVALENTES DEL FABRICANTE), SIEMPRE Y CUANDO ACREDITEN EN SU PROPUESTA TÉCNICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN LA CLAVE 379.641.0037.00.01 Y SU COMPATIBILIDAD CON EL EQUIPO MÉDICO BASE SEÑALADO EN LAS BASES, QUE PARA ESTA PARTIDA ES: EQUIPO	AREA TECNICA



2025
Año de
La Mujer
Indígena



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS.MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					MEDICO: CLAVE 531.941.0279.04.01VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: GE. MODELO: IVENT 201 IC/AB."	
56	1171692	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	PARTIDA 33	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE, ES CORRECTO REALIZAR LA ENTREGA EN EMPAQUE SECUNDARIO CAJA SEGÚN EL FACTOR DE EMPAQUE DE FABRICANTE, CUMPLIENDO CON EL ETIQUETADO ESPECIAL POR CAJA. FAVOR DE CONFIRMAR.	"NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ APEGARSE EstrictAMENTE A LA PRESENTACIÓN Y UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA (PRESENTACIÓN: PIEZA). SE CONFIRMA QUE CADA UNIDAD (PIEZA INDIVIDUAL) DEBERÁ CONTAR CON SU EMPAQUE PRIMARIO Y ETIQUETADO INDEPENDIENTE QUE GARANTICE SU IDENTIFICACIÓN, DATOS DEL FABRICANTE, LOTE Y CADUCIDAD, PERMITIENDO SU FRACCIONAMIENTO Y DISPENSACIÓN INDIVIDUAL EN UNIDADES HOSPITALARIAS. LOS LICITANTES PODRÁN ENTREGAR DICHAS PIEZAS DENTRO DE UN EMPAQUE SECUNDARIO O CAJA COLECTIVA PARA SU RESGUARDO Y ACOMODO, SIEMPRE Y CUANDO ESTE PERMITA EXTRAER Y SEGREGAR LAS PIEZAS INDIVIDUALES Y NO CONDICIONE LA ENTREGA NI EL SURTIMIENTO A CAJAS CERRADAS O MÚLTIPLOS FIJOS. EL INGRESO, CONTABILIZACIÓN Y SURTIMIENTO EN ALMACÉN SE REALIZARÁ EstrictAMENTE POR PIEZAS"	AREA TECNICA
57	1171693	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	PARTIDA 33	EN CASO DE NEGATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE, ES CORRECTO REALIZAR LA ENTREGA EN EMPAQUE SECUNDARIO CAJA SEGÚN EL FACTOR DE EMPAQUE DE FABRICANTE, CUMPLIENDO COMPLETAMENTE CON EL ETIQUETADO ESPECIAL POR PIEZA, QUE ES EL FACTOR SOLICITADO. FAVOR DE CONFIRMAR.	"ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE CONFIRMA QUE CADA UNIDAD (PIEZA INDIVIDUAL) DEBERÁ CONTAR CON SU EMPAQUE PRIMARIO Y ETIQUETADO CORRESPONDIENTE QUE GARANTICE LA IDENTIFICACIÓN, DATOS DEL FABRICANTE, LOTE Y CADUCIDAD, PERMITIENDO SU DISTRIBUCIÓN Y DISPENSACIÓN INDIVIDUALIZADA EN UNIDADES HOSPITALARIAS. LOS LICITANTES PODRÁN ENTREGAR DICHAS PIEZAS DENTRO DE UN EMPAQUE SECUNDARIO O CAJA COLECTIVA PARA SU RESGUARDO Y ACOMODO, SIEMPRE Y CUANDO ESTE PERMITA EXTRAER Y SEGREGAR LAS PIEZAS INDIVIDUALES Y NO CONDICIONE LA ENTREGA NI EL SURTIMIENTO A CAJAS CERRADAS O MÚLTIPLOS FIJOS. EL INGRESO, CONTABILIZACIÓN Y SURTIMIENTO EN ALMACÉN SE REALIZARÁ EstrictAMENTE POR PIEZA"	AREA TECNICA
58	1171734	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO	PARTIDA 2	FAVOR DE INDICAR SI PODEMOS ENTREGAR EN CAJA CON 40 PIEZAS ¿SE	"NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II

RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

		MEDICO SA DE CV		ACEPTA?	EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES EN LA PRESENTACIÓN EXACTA REQUERIDA EN LAS BASES PARA LA PARTIDA 2. LO ANTERIOR OBEDECE A RAZONES DE CONTROL LOGÍSTICO Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL INSTITUTO, YA QUE EL SURTIDO Y DESPACHO DE INSUMOS HACIA LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS SE REALIZA DE FORMA FRACCIONADA CONFORME A LA PRESENTACIÓN AUTORIZADA INSTITUCIONALMENTE. ACEPTAR EMPAQUES COLECTIVOS O MODIFICACIONES EN EL ENVASE SECUNDARIO AFECTARÍA LA OPERACIÓN HOSPITALARIA, EL CONTROL DE LOTES Y LA SEGREGACIÓN EN LOS ALMACENES. SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL."	
59	1171735	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 5	FAVOR DE INDICAR SI PODEMOS OFERTAR CUBETA CON 20 KG ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES EN LA PRESENTACIÓN EXACTA REQUERIDA EN LAS BASES PARA LA PARTIDA 5. LO ANTERIOR OBEDECE A RAZONES DE CONTROL LOGÍSTICO Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL INSTITUTO, YA QUE EL SURTIDO Y DESPACHO DE INSUMOS HACIA LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS SE REALIZA DE FORMA FRACCIONADA CONFORME A LA PRESENTACIÓN AUTORIZADA INSTITUCIONALMENTE. ACEPTAR EMPAQUES COLECTIVOS O MODIFICACIONES EN EL ENVASE SECUNDARIO AFECTARÍA LA OPERACIÓN HOSPITALARIA, EL CONTROL DE LOTES Y LA SEGREGACIÓN EN LOS ALMACENES. SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL.	AREA TECNICA
60	1171736	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 5	FAVOR DE INDICAR SI PODEMOS ENTREGAR LO ADJUDICADO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 5KG ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES EN LA PRESENTACIÓN EXACTA REQUERIDA EN LAS BASES PARA LA PARTIDA 5. LO ANTERIOR OBEDECE A RAZONES DE CONTROL LOGÍSTICO Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL INSTITUTO, YA QUE EL SURTIDO Y DESPACHO DE INSUMOS HACIA LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS.MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					SE REALIZA DE FORMA FRACCIONADA CONFORME A LA PRESENTACIÓN AUTORIZADA INSTITUCIONALMENTE. ACEPTAR EMPAQUES COLECTIVOS O MODIFICACIONES EN EL ENVASE SECUNDARIO AFECTARÍA LA OPERACIÓN HOSPITALARIA, EL CONTROL DE LOTES Y LA SEGREGACIÓN EN LOS ALMACENES. SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL.	
61	1171737	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 20	FAVOR DE INDICAR SI PODEMOS ENTREGAR LO EQUIVALENTE EN BOLSA DE 100 PIEZAS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES EN LA PRESENTACIÓN EXACTA REQUERIDA EN LAS BASES PARA LA PARTIDA 20. LO ANTERIOR OBEDECE A RAZONES DE CONTROL LOGÍSTICO Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL INSTITUTO, YA QUE EL SURTIDO Y DESPACHO DE INSUMOS HACIA LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS SE REALIZA DE FORMA FRACCIONADA CONFORME A LA PRESENTACIÓN AUTORIZADA INSTITUCIONALMENTE. ACEPTAR EMPAQUES COLECTIVOS O MODIFICACIONES EN EL ENVASE SECUNDARIO AFECTARÍA LA OPERACIÓN HOSPITALARIA, EL CONTROL DE LOTES Y LA SEGREGACIÓN EN LOS ALMACENES. SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL.	AREA TECNICA
62	1171738	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 22	FAVOR DE INDICAR QUE EL PRECIO QUE REQUIEREN ES POR PIEZA INDIVIDUAL ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL PRECIO A OFERTAR DEBERÁ APEGARSE Estrictamente a la UNIDAD DE MEDIDA Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA PARA LA PARTIDA 22, LA CUAL CORRESPONDE DE FORMA LITERAL A FILTRO ANTIBACTERIAL DESECHABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: S/N.PARA SU USO EN EL EQUIPO: ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA. CLAVE:531.081.0014. MARCA: ALSA. MODELO: VORTEX AS200. NO SE AUTORIZAN MODIFICACIONES EN LA COTIZACIÓN DE LOS BIENES. SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES.	AREA TECNICA
63	1171739	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 22	FAVOR DE INDICAR QUE LA ENTREGA SE PUEDE REALIZAR SEGÚN LA PRESENTACIÓN DE LA MARCA, ES DECIR, CAJA CON 20 PIEZAS ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES EN LA PRESENTACIÓN EXACTA REQUERIDA	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					EN LAS BASES PARA LA PARTIDA 22. LO ANTERIOR OBEDECE A RAZONES DE CONTROL LOGÍSTICO Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL INSTITUTO, YA QUE EL SURTIDO Y DESPACHO DE INSUMOS HACIA LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS SE REALIZA DE FORMA FRACCIONADA CONFORME A LA PRESENTACIÓN AUTORIZADA INSTITUCIONALMENTE. ACEPTAR EMPAQUES COLECTIVOS O MODIFICACIONES EN EL ENVASE SECUNDARIO AFECTARÍA LA OPERACIÓN HOSPITALARIA, EL CONTROL DE LOTES Y LA SEGREGACIÓN EN LOS ALMACENES. SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL.	
64	1171740	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 31	EL MODELO QUE VAMOS A OFERTAR INCLUYE UNA SONDA, NO UN TUBO CORRUGADO ¿PODEMOS OFERTARLO CON ESA CARACTERÍSTICA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA LA PARTIDA 31 (CLAVE 379.625.0029.00.01), DEBERÁN ENTREGAR EL BIEN CON EL TUBO CORRUGADO SOLICITADO EN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO. NO SE PERMITE LA SUSTITUCIÓN DEL TUBO CORRUGADO POR SONDA NI LA OMISIÓN DE NINGUNO DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL JUEGO (MASCARILLA, ADAPTADOR EN "T" Y TUBO CORRUGADO). LOS PARTICIPANTES DEBERÁN APEGARSE EstrictAMENTE A LA LITERALIDAD DE LA CLAVE.	AREA TECNICA
65	1171741	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 33	FAVOR DE INDICAR QUE EL PRECIO QUE REQUIEREN ES POR PIEZA INDIVIDUAL ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL PRECIO A OFERTAR DEBERÁ APEGARSE EstrictAMENTE A LA UNIDAD DE MEDIDA Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA PARA LA PARTIDA 33, LA CUAL CORRESPONDE DE FORMA LITERAL A NARIZ ARTIFICIAL HUMID VENT HUDSON ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DECATALOGO: S/N. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0279.04.01 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: GE. MODELO: IVENT 201 IC/AB..	AREA TECNICA
66	1171742	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 33	FAVOR DE INDICAR QUE LA ENTREGA SE PUEDE REALIZAR SEGÚN LA PRESENTACIÓN DE LA MARCA, ES DECIR, CAJA CON 20 PIEZAS O CAJA CON 50 PIEZAS ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ APEGARSE EstrictAMENTE A LA PRESENTACIÓN Y UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA (PRESENTACIÓN: PIEZA).	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					SE CONFIRMA QUE CADA UNIDAD (PIEZA INDIVIDUAL) DEBERÁ CONTAR CON SU EMPAQUE PRIMARIO Y ETIQUETADO INDEPENDIENTE QUE GARANTICE SU IDENTIFICACIÓN, DATOS DEL FABRICANTE, LOTE Y CADUCIDAD, PERMITIENDO SU FRACCIONAMIENTO Y DISPENSACIÓN INDIVIDUAL EN UNIDADES HOSPITALARIAS. LOS LICITANTES PODRÁN ENTREGAR DICHAS PIEZAS DENTRO DE UN EMPAQUE SECUNDARIO O CAJA COLECTIVA PARA SU RESGUARDO Y ACOMODO, SIEMPRE Y CUANDO ESTE PERMITA EXTRAER Y SEGREGAR LAS PIEZAS INDIVIDUALES Y NO CONDICIONE LA ENTREGA NI EL SURTIMIENTO A CAJAS CERRADAS O MÚLTIPLOS FIJOS. EL INGRESO, CONTABILIZACIÓN Y SURTIMIENTO EN ALMACÉN SE REALIZARÁ ESTRICTAMENTE POR PIEZA.	
67	1171743	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 37	FAVOR DE INDICAR QUE EL PRECIO QUE REQUIEREN ES POR PIEZA INDIVIDUAL ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO SU ENTENDIMIENTO. EL PRECIO A OFERTAR, ASÍ COMO LA ENTREGA DE LOS BIENES, DEBERÁ APEGARSE ESTRICTAMENTE A LA PRESENTACIÓN SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA PARA LA PARTIDA 37, LA CUAL CORRESPONDE A JUEGO (UNIDAD COMPLETA QUE INTEGRA LA BOLSA AUTO-INFLABLE, BOLSA RESERVORIO, MASCARILLA ANATÓMICA, VÁLVULA DE PACIENTE, MANÓMETRO Y VÁLVULA PEEP). NO SE ACEPTARÁ LA COTIZACIÓN POR PIEZA INDIVIDUALIZADA NI LA ENTREGA EN EMPAQUES COLECTIVOS QUE ALTEREN LA DISTRIBUCIÓN FRACCIONADA DEL INSUMO.	AREA TECNICA
68	1171744	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 37	FAVOR DE INDICAR QUE LA ENTREGA SE PUEDE REALIZAR SEGÚN LA PRESENTACIÓN DE LA MARCA, ES DECIR, CAJA CON 6 PIEZAS, ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES EN LA PRESENTACIÓN EXACTA REQUERIDA EN LAS BASES PARA LA PARTIDA 37. LO ANTERIOR OBEDECE A RAZONES DE CONTROL LOGÍSTICO Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL INSTITUTO, YA QUE EL SURTIDO Y DESPACHO DE INSUMOS HACIA LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS SE REALIZA DE FORMA FRACCIONADA CONFORME A LA PRESENTACIÓN AUTORIZADA INSTITUCIONALMENTE. ACEPTAR EMPAQUES COLECTIVOS O MODIFICACIONES EN EL ENVASE SECUNDARIO AFECTARÍA LA OPERACIÓN HOSPITALARIA, EL	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					CONTROL DE LOTES Y LA SEGREGACIÓN EN LOS ALMACENES. SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL.	
69	1171745	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 38	FAVOR DE INDICAR QUE EL PRECIO QUE REQUIEREN ES POR PIEZA INDIVIDUAL ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL PRECIO A OFERTAR DEBERÁ APEGARSE Estrictamente a la UNIDAD DE MEDIDA Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA PARA LA PARTIDA 38, LA CUAL CORRESPONDE DE FORMA LITERAL A RESUCITADOR NEONATAL DESECHABLE CON MANOMETRO, VALVULA PEEP Y VALVULA DEALVIO. MARCA: MERCURY MEDICAL PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO:1056212. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARAREANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. CLAVE: 531.191.0391. MARCA:VARIOS. MODELO: VARIOS. NO SE AUTORIZAN MODIFICACIONES EN LA COTIZACIÓN DE LOS BIENES. SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES.	AREA TECNICA
70	1171746	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 38	FAVOR DE INDICAR QUE LA ENTREGA SE PUEDE REALIZAR SEGÚN LA PRESENTACIÓN DE LA MARCA, ES DECIR, CAJA CON 12 PIEZAS, ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES EN LA PRESENTACIÓN EXACTA REQUERIDA EN LAS BASES PARA LA PARTIDA 38. LO ANTERIOR OBEDECE A RAZONES DE CONTROL LOGÍSTICO Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL INSTITUTO, YA QUE EL SURTIDO Y DESPACHO DE INSUMOS HACIA LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS SE REALIZA DE FORMA FRACCIONADA CONFORME A LA PRESENTACIÓN AUTORIZADA INSTITUCIONALMENTE. ACEPTAR EMPAQUES COLECTIVOS O MODIFICACIONES EN EL ENVASE SECUNDARIO AFECTARÍA LA OPERACIÓN HOSPITALARIA, EL CONTROL DE LOTES Y LA SEGREGACIÓN EN LOS ALMACENES. SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL.	AREA TECNICA
71	1171747	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 6	FAVOR DE ACLARAR SI SE DEBEN PROPORCIONAR PARA SU CORRECTA OPERACIÓN UN HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE FLUJO Y MEDIDOR DE OXIGENO INTEGRADO PARA PROPORCIONAR GASES RESPIRATORIOS CALIENTES Y HUMIDIFICADOS DE ALTO FLUJO A PACIENTES CON RESPIRACIÓN	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA SE ACLARA AL LICITANTE QUE PARA LA PARTIDA 6 NO SE SOLICITA LA ENTREGA DE EQUIPOS MÉDICOS EN ESQUEMA DE COMODATO, PRÉSTAMO O SIN COSTO ADICIONAL EL OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

				ESPONTANEA, ESTO EN ESQUEMA DE COMODATO, PRESTAMO O SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	EXCLUSIVAMENTE LA ADQUISICIÓN DE LOS CONSUMIBLES DESCRITOS EN LAS BASES, TODA VEZ QUE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO YA CUENTAN CON EL EQUIPO MÉDICO BASE PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL INSUMO. SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL.	
72	1171748	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 7	FAVOR DE ACLARAR SI SE DEBEN PROPORCIONAR PARA SU CORRECTA OPERACIÓN UN HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE FLUJO Y MEDIDOR DE OXIGENO INTEGRADO PARA PROPORCIONAR GASES RESPIRATORIOS CALIENTES Y HUMIDIFICADOS DE ALTO FLUJO A PACIENTES CON RESPIRACIÓN ESPONTANEA, ESTO EN ESQUEMA DE COMODATO, PRESTAMO O SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA SE ACLARA AL LICITANTE QUE PARA LA PARTIDA 7 NO SE SOLICITA LA ENTREGA DE EQUIPOS MÉDICOS EN ESQUEMA DE COMODATO, PRÉSTAMO O SIN COSTO ADICIONAL EL OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES EXCLUSIVAMENTE LA ADQUISICIÓN DE LOS CONSUMIBLES DESCRITOS EN LAS BASES, TODA VEZ QUE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO YA CUENTAN CON EL EQUIPO MÉDICO BASE PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL INSUMO. SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL.	AREA TECNICA
73	1171749	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 14	SE PIDE A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE PODER OFERTAR UN CIRCUITO VENTILATORIO QUE CUENTE CON CALEFACCIÓN EN AMBAS RAMAS Y TECNOLOGÍA DE MICRO CELDAS QUE PERMITEN EL AISLAMIENTO DEL GAS EN LA RAMA INSPIRATORIA E IMPIDEN LA ACUMULACION DE HUMEDAD EN LA RAMA EXHALATORIA, DE MANERA QUE DISMINUYA LA APERTURA DEL CIRCUITO VENTILATORIO Y ASI REDUCIR LAS TASAS DE NEUMONIA E INFECCIONES ASOCIADAS AL VENTILADOR. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SÍ SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO Y NO SE OMITAN LOS COMPONENTES REQUERIDOS. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR TECNOLOGÍAS CON TECNOLOGÍA DE MICRO CELDAS Y/O CALEFACCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO NO SE OMITA LA INCLUSIÓN DE LA TRAMPA DE AGUA EN LA RAMA EXHALATORIA Y SE CUMPLA CON LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN LA CLAVE 379.200.3315.00.02 (CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL, CABLE CALEFACTOR EN RAMA INSPIRATORIA COLOR AZUL, TRAMPA DE AGUA EN RAMA EXHALATORIA COLOR BLANCA, PIEZA EN "Y" GIRATORIA, CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN, LÍNEA DE PRESIÓN Y KIT DE ADAPTADORES), GARANTIZANDO LA TOTAL COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS MÉDICOS BASE SEÑALADOS EN LAS BASES. LA EVALUACIÓN CUALITATIVA SE REALIZARÁ DURANTE LA ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.	AREA TECNICA
74	1171750	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 15	FAVOR DE ACLARAR SI SE DEBEN PROPORCIONAR PARA SU CORRECTA OPERACIÓN UN HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE FLUJO Y MEDIDOR DE	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA SE ACLARA AL LICITANTE QUE PARA LA PARTIDA 15 NO SE SOLICITA LA ENTREGA DE EQUIPOS MÉDICOS	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

				OXIGENO INTEGRADO PARA PROPORCIONAR GASES RESPIRATORIOS CALIENTES Y HUMIDIFICADOS DE ALTO FLUJO A PACIENTES CON RESPIRACIÓN ESPONTANEA, ESTO EN ESQUEMA DE COMODATO, PRÉSTAMO O SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	EN ESQUEMA DE COMODATO, PRÉSTAMO O SIN COSTO ADICIONAL EL OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES EXCLUSIVAMENTE LA ADQUISICIÓN DE LOS CONSUMIBLES DESCRITOS EN LAS BASES, TODA VEZ QUE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO YA CUENTAN CON EL EQUIPO MÉDICO BASE PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL INSUMO. SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.	
75	1171751	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 15	SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA PARTIDA SI SE ACEPTA PARTICIPAR CON EL NÚMERO DE CATÁLOGO 900PT562 EN LUGAR DEL CATÁLOGO 900PT501 SOLICITADO, CONSIDERANDO QUE EL BIEN PROPUESTO ES DE LA MISMA MARCA FABRICANTE Y CUMPLE CON LA COMPATIBILIDAD DEL EQUIPO, PRESENTANDO COMO MEJORA TECNOLÓGICA UN TUBO CALEFACTADO CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL QUE DISMINUYE LA CONDENSACIÓN EN EL CIRCUITO Y UN ADAPTADOR EN LÍNEA INTEGRADO PARA NEBULIZADOR PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS SIN INTERRUPTIR LA TERAPIA DE ALTO FLUJO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN APEGARSE EstrictAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y AL NÚMERO DE CATÁLOGO DE REFERENCIA 900PT501 SOLICITADO EN LAS BASES PARA LA PARTIDA 15 (CLAVE 379.200.4057.00.01), EL CUAL ESTÁ ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO Y VALIDADO PARA SU USO CON EL HUMIDIFICADOR CON CALEFACCIÓN Y GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (CLAVE 531.480.0201). NO SE AUTORIZAN CAMBIOS DE CÓDIGO DE CATÁLOGO NI MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CLAVE. LAS PROPOSICIONES SERÁN EVALUADAS RIGUROSAMENTE CON BASE EN LA LITERALIDAD Y COMPATIBILIDAD SOLICITADA EN EL ANEXO TÉCNICO, GARANTIZANDO CONDICIONES DE IGUALDAD Y EQUITAD PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.	AREA TECNICA
76	1171752	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDAS 6, 7 Y 15	EN CASO DE REQUERIR EQUIPO EN COMODATO FAVOR DE INDICAR LA CANTIDAD DE EQUIPOS REQUERIDOS, LUGAR DE INSTALACION, TIEMPO DE ENTREGA POSTERIOR AL FALLO	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES, PARA LOS EFECTOS CONDUCENTES DE LAS PARTIDAS 6, 7 Y 15, QUE EL OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ES EXCLUSIVAMENTE LA ADQUISICIÓN DE BIENES CONSUMIBLES, POR LO QUE NO SE REQUIERE NI SE SOLICITA LA ENTREGA DE EQUIPOS MÉDICOS EN ESQUEMA DE COMODATO, PRÉSTAMO, ARRENDAMIENTO O SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO. LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS YA DISPONEN DEL EQUIPAMIENTO BASE E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN. LOS LICITANTES DEBERÁN COTIZAR	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					SUS PROPUESTAS ECONÓMICAS CONSIDERANDO ÚNICAMENTE EL PRECIO UNITARIO DEL CONSUMIBLE, APEGÁNDOSE A LA LITERALIDAD DE LA DEMANDA AGREGADA. NO SE AUTORIZAN MODIFICACIONES.	
77	1171753	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	MUESTRA FISICA	FAVOR DE CONFIRMAR QUE PARA ESTE PROCEDIMIENTO NO REQUIEREN MUESTRA FISICA DE LOS BIENES	"ES CORRECTO. SE CONFIRMA QUE NO SE SOLICITA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS PARA NINGUNA DE LAS PARTIDAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA."	AREA TECNICA
78	1171754	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	MANIFIESTOS	FAVOR DE INDICAR A QUIEN SE DEBEN DIRIGIR TODOS LOS MANIFIESTOS	TODOS LOS ANEXOS DEBEN DE SER DIRIGIDOS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL OOAD BAJA CALIFORNIA	AREA CONTRATANTE
79	1171755	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	FIRMA PROPUESTA	FAVOR DE INDICAR QUE EN LOS MANIFIESTOS ACEPTAN FIRMA DIGITAL (IMAGEN) DEL REPRESENTANTE LEGAL, CONSIDERANDO QUE ES UN PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO, Y QUE TAMBIÉN SE FIRMARÁ CON LA FIEL AL MOMENTO DE PUBLICAR LA PROPUESTA ¿SE ACEPTA?	EL LICITANTE DEBERÁ APEGARSE Estrictamente A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 5 DE LA CONVOCATORIA, DONDE SE INDICA LO RELATIVO A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 36 Y 37 DE LA LAASSP, EL LICITANTE DEBERÁ REMITIR A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX, SU PROPOSICIÓN, LEGAL-ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA, LAS CUALES DEBERÁN SER FIRMADAS POR LOS LICITANTES O SUS APODERADOS, EMPLEANDO PARA TAL EFECTO LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA; LOS CUALES PRODUCIRÁN LOS MISMOS EFECTOS QUE LAS LEYES OTORGAN A LOS DOCUMENTOS FIRMADOS AUTÓGRAFAMENTE Y, EN CONSECUENCIA, TENDRÁN EL MISMO VALOR PROBATORIO. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA EN LA PROPOSICIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL LICITANTE PARTICIPANTE SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, PUES AFECTA LA SOLVENCIA DE LA MISMA.	AREA CONTRATANTE
80	1171756	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	OPINION SAT	FAVOR DE ACEPTAR CON VIGENCIA DE 30 DIAS ANTES DE LA FECHA DE APERTURA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO ESTO NO LO HARÁ COMO ÚNICA OPCIÓN ACEPTABLE NI SERÁ OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	AREA CONTRATANTE
81	1171757	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	OPINION IMSS	FAVOR DE ACEPTAR CON VIGENCIA DE 15 DIAS ANTES DE LA FECHA DE APERTURA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO ESTO NO LO HARÁ COMO ÚNICA OPCIÓN ACEPTABLE NI SERÁ OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	AREA CONTRATANTE
82	1171758	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	OPINION INFONAVIT	FAVOR DE ACEPTAR CON VIGENCIA DE 30 DIAS ANTES DE LA FECHA DE APERTURA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO ESTO NO LO HARÁ COMO ÚNICA OPCIÓN ACEPTABLE NI SERÁ OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	AREA CONTRATANTE
83	1171759	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO	ANEXO 6	FAVOR DE INDICAR SI EL IMPORTE CON LETRA ES ANTE DE IVA O INCLUYENDO IVA	EL IMPORTE CON LETRA ES ANTES IVA	AREA CONTRATANTE





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

		MEDICO SA DE CV				
84	1171760	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	ANEXO 6	FAVOR DE INDICAR SI EN EL APARTADO DE MARCA SE PUEDE COLOCAR MARCA COMERCIAL Y/O DENOMINACION DISTINTIVA DEL REGISTRO SANITARIO	SÍ SE ACEPTA. SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, LOS LICITANTES PODRÁN INDICAR EN SUS PROPUESTAS LA MARCA COMERCIAL Y/O DENOMINACIÓN DISTINTIVA DEL INSUMO OFERTADO, SIEMPRE Y CUANDO COINCIDA PLENAMENTE CON LO ASENTADO EN SU REGISTRO SANITARIO VIGENTE (O DOCUMENTO REGULATORIO APLICABLE) Y CUMPLA DE MANERA PUNTUAL CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN LAS BASES DE ESTA CONVOCATORIA.	AREA CONTRATANTE
85	1171761	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	ANEXO 11	FAVOR DE INDICAR SI ACEPTAN FIRMA DIGITAL DEL FABRICANTE, POR SER UN PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO ¿SE ACEPTA?	EL LICITANTE DEBERA APEGARSE Estrictamente A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 5 DE LA CONVOCATORIA. DONDE SE DETALLA LO RELATIVO A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.	AREA CONTRATANTE
86	1171762	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	ANEXO 11	FAVOR DE INDICAR QUE LA CARTA PUEDE SER EXPEDIDA POR EL FABRICANTE, O EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O EL DISTRIBUIDOR SEÑALADO DENTRO DEL REGISTRO SANITARIO ¿ES CORRECTO?	EL LICITANTE DEBERÁ REMITIRSE A LAS ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA.	AREA CONTRATANTE
87	1171763	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	ANEXO 20	FAVOR DE INDICAR SI EL DOCUMENTO SE PRESENTA FIRMADO O SI SE DEBE ANEXAR ALGUNA INFORMACIÓN ADICIONAL	EL LICITANTE DEBERA APEGARSE Estrictamente A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6 INCISO O) DE LA CONVOCATORIA, MISMO QUE INDICA LO SIGUIENTE: ESCRITO LIBRE EN DONDE EL LICITANTE MANIFIESTA QUE EN CASO DE CELEBRAR UN CONTRATO Y CUYO MONTO EXCEDA DE \$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IVA, AUTORIZA AL SAT A HACER PÚBLICO EL RESULTADO DE SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CFF EN CORRELACIÓN CON LA REGLA 2.1.28. Y 2.1.24 DE RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2026.	AREA CONTRATANTE
88	1171764	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	ANEXO 21	FAVOR DE INDICAR QUE SOLO LO DEBE FIRMAR EL LICITANTE ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION	AREA CONTRATANTE
89	1171765	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	ANEXO 21 BIS	FAVOR DE INDICAR QUE SOLO LO DEBE FIRMAR EL LICITANTE ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION	AREA CONTRATANTE
90	1171766	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	ANEXO 22	FAVOR DE INDICAR QUE SOLO LO DEBE FIRMAR EL LICITANTE ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION	AREA CONTRATANTE
91	1171767	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO	ANEXO 21, 21 BIS Y 22	FAVOR DE INDICAR QUE SOLO SE PRESENTA EL ANEXO QUE APLICA, Y EL	ES CORRECTA SU APRECIACION. SIN EMBARGO, ESTO NO LO HARÁ COMO ÚNICA OPCIÓN	AREA CONTRATANTE





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

		MEDICO SA DE CV		RESTO DE LOS FORMATOS SE PUEDEN PRESENTAR MARCA DE AGUA NO APLICA ¿ES CORRECTO?	ACEPTABLE NI SERÁ OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	
92	1171768	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	2.1 CALIDAD	PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO BASTARA CON PRESENTAR MANIFIESTACION QUE LAS PARTIDAS OFERTADAS CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS QUE EL INSTITUTO SOLICITA EN EL ANEXO 1 (UNO) ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.1 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA, EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE PUNTO SE ACREDITARÁ MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UN ESCRITO LIBRE, EN EL CUAL DECLAREN EXPLÍCITAMENTE QUE LOS BIENES Y PARTIDAS OFERTADAS CUMPLEN DE MANERA INTEGRAL CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 (DEMANDA AGREGADA). ESTE CRITERIO APLICARÁ DE MANERA GENERAL Y HOMOGÉNEA PARA LA EVALUACIÓN DE TODAS LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS.	AREA TECNICA
93	1171769	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	2.2 LICENCIAS	FAVOR DE INDICAR SI PARA DAR CUMPLIMIENTO SE PRESENTA MANIFESTACION QUE LOS BIENES CUMPLEN CON LA LEY GENERAL DE SALUD Y/O REGLAMENTO Y/O FARMACOPEA Y/O NOM 241 Y/O NOM 137 Y/O NOM 240 SEGÚN CORRESPONDA ¿ES CORRECTO?	NO ES CORECTA SU APRECIACIÓN: SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE RESPECTO AL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN III DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, INDICADOS EN EL NUMERAL 2.2 DE LA CONVOCATORIA TIENE UN CARÁCTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO Y ENUNCIATIVO RESPECTO AL MARCO NORMATIVO DE SALUD Y CALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN. POR LO TANTO, NO SE REQUIERE QUE LOS PARTICIPANTES PRESENTEN UN ESCRITO O MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO FORMAL PARA ESTE NUMERAL DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA	AREA TECNICA
94	1171770	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	2.2 REGISTRO SANITARIO	FAVOR DE INDICAR SI SE PUEDE REFERENCIAR POR FAMILIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO (SECCIÓN REGISTRO SANITARIO, PRIMER PÁRRAFO) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, LOS LICITANTES ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTAR LA COPIA DIGITAL Y LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR LA COFEPRIS, EL CUAL DEBERÁ ESTAR "...DEBIDAMENTE REFERENCIADO E IDENTIFICADO CON CLAVE DEL BIEN OFERTADO A 10 DÍGITOS...". POR LO TANTO, AUN CUANDO EL DOCUMENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA AMPARE UNA FAMILIA DE PRODUCTOS, EL PARTICIPANTE DEBERÁ	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II

RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					SEÑALAR, SUBRAYAR E IDENTIFICAR CON TOTAL PRECISIÓN EL MODELO, CATÁLOGO Y RENGLÓN ESPECÍFICO QUE CORRESPONDE DE MANERA EXACTA A LA CLAVE A 10 DÍGITOS DE LA PARTIDA EN LA QUE PARTICIPA. NO SE ACEPTARÁN IDENTIFICACIONES GENÉRICAS. SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.	
95	1171771	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	2.2 REGISTRO SANITARIO	FAVOR DE INDICAR SI EL REGISTRO VIENE ACOMPAÑADO DE LA PRORROGA Y LA PRORROGA A SU VEZ YA INDICA LA NUEVA VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO, SI SE OMITE PRESENTAR LA CARTA DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DONDE MANIFIESTA QUE EL TRAMITE DE PRORROGA FUE SOMETIDO EN TIEMPO Y FIRMA ¿ES CORRECTO?	DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO (SECCIÓN REGISTRO SANITARIO) DE LA CONVOCATORIA, EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA DE 5 AÑOS, O SE UBIQUE DENTRO DE LOS 150 DÍAS NATURALES PREVIOS A SU VENCIMIENTO, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR DE MANERA OBLIGATORIA, CONJUNTA E INVARIABLE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LOS INCISOS A), B) Y C).POR LO TANTO, NO SE AUTORIZA LA OMISIÓN DE LA CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DEBERÁN APEGARSE ESTRUCTIVAMENTE A LA LITERALIDAD DE LAS BASES Y EL ANEXO TÉCNICO PARA EVITAR SU DESECHAMIENTO. SE MANTIENE LO SOLICITADO.	AREA TECNICA
96	1171772	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	2.2 REGISTRO SANITARIO	FAVOR DE INDICAR SI LOS LICITANTES DEBEMOS ADJUNTAR JUNTO CON CADA REGISTRO SANITARIO LA CAPTURA DE PANTALLA DEL RESULTADO DE LA LA CONSULTA EN EL PORTAL DE TRAMITES ELECTRONICOS DE COFEPRIS	SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE NO SE REQUIERE INCLUIR EN LA PROPUESTA TÉCNICA LA CAPTURA DE PANTALLA DEL RESULTADO DE LA CONSULTA EN EL PORTAL DE LA COFEPRIS.DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO, LA VERIFICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS REGISTROS SANITARIOS EN LA CITADA PLATAFORMA ELECTRÓNICA ES UNA FACULTAD EXCLUSIVA DE LA CONVOCANTE DURANTE LA ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES. LOS LICITANTES ÚNICAMENTE DEBERÁN CUMPLIR DE MANERA ESTRUCTIVA CON LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LAS BASES. NO SE ACEPTA.	AREA TECNICA
97	1171773	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	2.2 REGISTRO SANITARIO	FAVOR DE ACEPTAR PARA AQUELLOS BIENES QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO LISTADO DOF ¿SE ACEPTA?	EL ACUERDO DEL DOF CONTEMPLA DENOMINACIONES GENÉRICAS QUE NO GARANTIZAN EL GRADO MÉDICO, LA ESTERILIDAD	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					NI LA BIOCOMPATIBILIDAD REQUERIDA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES. PARA EVITAR RIESGOS SANITARIOS, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR INVARIABLEMENTE EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE O EL OFICIO DE EXCEPCIÓN INDIVIDUAL EMITIDO POR COFEPRIS, DONDE SE VALIDE FORMALMENTE QUE LA MARCA Y MODELO OFERTADO SON APTOS PARA USO HOSPITALARIO. SE MANTIENE LO SOLICITADO.	
98	1171774	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	CARTA RESPALDO	FAVOR DE INDICAR EL PERIODO DE GARANTIA REQUERIDO POR LA CONVOCANTE	REFERENTE AL PERIODO DE GARANTÍA QUE SE REFIERE DEBERÁ CONSIDERAR LO INDICADO EN EL NUMERAL 5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES: 5. CADUCIDADES DEL BIEN. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES UN ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO, FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, EL CUAL GARANTICE QUE EL PERIODO DE CADUCIDAD DE LOS BIENES QUE ENTREGARÁ NO SERÁ MENOR A 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE ESTOS. • LOS PROVEEDORES PODRÁN ENTREGAR BIENES CON UNA CADUCIDAD MÍNIMA HASTA DE 9 (NUEVE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE ESTOS, SIEMPRE Y CUANDO ENTREGUEN UNA CARTA COMPROMISO EN LA CUAL SE OBLIGUEN A CANJEAR DENTRO DEL PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES, SIN COSTO ALGUNO PARA EL INSTITUTO, AQUELLOS BIENES QUE NO SEAN CONSUMIDOS DENTRO DE SU VIDA ÚTIL. • SE PODRÁ CONSIDERAR UNA CADUCIDAD MENOR A 9 (NUEVE) MESES, CUANDO SE ACREDITE QUE LOS BIENES TIENEN UNA VIDA ÚTIL MENOR A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN, PARA EL CASO DEL IMSS SE REQUERIRÁ DICTAMEN EMITIDO POR LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS.	AREA TECNICA
99	1171775	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	2.3 MARBETES	FAVOR DE INDICAR QUE EN CASO DE PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS, NO SE REQUIEREN LOS MARBETES ¿ES CORRECTO?	"SE ACLARA SU INQUIETUD. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.3 (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA) DEL ANEXO TÉCNICO, SE PRECISAN LOS SIGUIENTES CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS:	





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II

RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:

LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					PARA LOS BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO: SÍ ES OBLIGATORIO ANEXAR LA IMAGEN GRÁFICA, MARBETE O RÓTULO DE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO TERMINADO (O CONTRAETIQUETA CONFORME A LA NOM-137-SSA1-2008) EN IDIOMA ESPAÑOL, DEBIDAMENTE IDENTIFICADA O REFERENCIADA CON LA CLAVE DEL BIEN OFERTADO A 10 DÍGITOS. PARA LOS BIENES QUE SÍ REQUIEREN REGISTRO SANITARIO: LA PRESENTACIÓN DE LA ETIQUETA, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS O MANUALES DE USO APLICA DE FORMA GENERAL. PARA TODOS LOS LICITANTES, CON LA FINALIDAD DE ACREDITAR ANALÍTICAMENTE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA CÉDULA DESCRIPTIVA QUE NO SE DESPRENDAN EN SU TOTALIDAD DEL PROPIO REGISTRO SANITARIO. EN TODOS LOS CASOS, LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE SOPORTE QUE SE ANEXE DEBERÁ EXHIBIRSE EN IDIOMA ESPAÑOL Y ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA CON LA CLAVE DEL BIEN A 10 DÍGITOS; DE LO CONTRARIO, NO SERÁ OBJETO DE EVALUACIÓN TÉCNICA. SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES."	
100	1171776	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	2.3 ETIQUETA	FAVOR DE INDICAR QUE EN CASO DE PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS, NO SE REQUIERE PRESENTAR IMAGEN DE LA ETIQUETA ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA SU INQUIETUD. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.3 (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA) DEL ANEXO TÉCNICO, SE PRECISAN LOS SIGUIENTES CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS: PARA LOS BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO: SÍ ES OBLIGATORIO ANEXAR LA IMAGEN GRÁFICA, MARBETE O RÓTULO DE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO TERMINADO (O CONTRAETIQUETA CONFORME A LA NOM-137-SSA1-2008) EN IDIOMA ESPAÑOL, DEBIDAMENTE IDENTIFICADA O REFERENCIADA CON LA CLAVE DEL BIEN OFERTADO A 10 DÍGITOS. PARA LOS BIENES QUE SÍ REQUIEREN REGISTRO SANITARIO: LA PRESENTACIÓN DE LA ETIQUETA,	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS O MANUALES DE USO APLICA DE FORMA GENERAL. PARA TODOS LOS LICITANTES, CON LA FINALIDAD DE ACREDITAR ANALÍTICAMENTE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA CÉDULA DESCRIPTIVA QUE NO SE DESPRENDAN EN SU TOTALIDAD DEL PROPIO REGISTRO SANITARIO. EN TODOS LOS CASOS, LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE SOPORTE QUE SE ANEXE DEBERÁ EXHIBIRSE EN IDIOMA ESPAÑOL Y ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA CON LA CLAVE DEL BIEN A 10 DÍGITOS; DE LO CONTRARIO, NO SERÁ OBJETO DE EVALUACIÓN TÉCNICA. SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES.	
101	1171777	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	2.3 FICHAS TECNICAS O CATALOGOS	FAVOR DE INDICAR SI SE PUEDEN REFERENCIAR POR FAMILIA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO (SECCIÓN REGISTRO SANITARIO, PRIMER PÁRRAFO) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, LOS LICITANTES ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTAR LA COPIA DIGITAL Y LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR LA COFEPRIS, EL CUAL DEBERÁ ESTAR "...DEBIDAMENTE REFERENCIADO E IDENTIFICADO CON CLAVE DEL BIEN OFERTADO A 10 DÍGITOS...". POR LO TANTO, AUN CUANDO EL DOCUMENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA AMPARE UNA FAMILIA DE PRODUCTOS, EL PARTICIPANTE DEBERÁ SEÑALAR, SUBRAYAR E IDENTIFICAR CON TOTAL PRECISIÓN EL MODELO, CATÁLOGO Y RENGLÓN ESPECÍFICO QUE CORRESPONDE DE MANERA EXACTA A LA CLAVE A 10 DÍGITOS DE LA PARTIDA EN LA QUE PARTICIPA. NO SE ACEPTARÁN IDENTIFICACIONES GENÉRICAS. SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES.	AREA TECNICA
102	1171778	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	3.2 OFERTA SUBSECUENTE DE DESCUENTO	FAVOR DE INDICAR QUE PARA ESTE PROCEDIMIENTO NO APLICA ESA MODALIDAD DE ASIGNACIÓN ¿ES CORRECTO?	APLICARA LA OFERTA SUBSECUENTE DE DESCUENTO SIEMPRE Y CUANDO EXISTA COMPETENCIA SUFICIENTE CON RESPECTO A LOS BIENES COMO LO INDICA EL ARTICULO 40 FRACCION XV DE LA LAASSP EN CORRELACION LOS ARTICULOS 61 Y 63 DE SU REGLAMENTO.	AREA CONTRATANTE
103	1171779	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	ANEXO TECNICO	FAVOR DE INDICAR SI PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ANEXO SE PUEDE TRANSCRIBIR EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE, FIRMANDO AL CALCE DEL DOCUMENTO ¿ES CORRECTO?	SE DESECHA SU PREGUNTA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 90,	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					DE SU REGLAMENTO, QUE INDICA QUE "LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, INDICANDO EL NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO CON EL CUAL SE RELACIONA. LAS SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS, PODRÁN SER DESECHADAS POR LA CONVOCANTE."	
104	1171780	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	TÉRMINOS Y CONDICIONES	FAVOR DE INDICAR SI PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ANEXO SE PUEDE TRANSCRIBIR EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE, FIRMANDO AL CALCE DEL DOCUMENTO ¿ES CORRECTO?	SE DESECHA SU PREGUNTA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 90, DE SU REGLAMENTO, QUE INDICA QUE "LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, INDICANDO EL NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO CON EL CUAL SE RELACIONA. LAS SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS, PODRÁN SER DESECHADAS POR LA CONVOCANTE."	AREA TECNICA
105	1171781	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	ANEXO T4 Y ANEXO 11	FAVOR DE INDICAR SI SE PRESENTAR AMBOS FORMATOS COMO CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE SÍ SE ACEPTARÁ LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE EN FORMATO LIBRE. PARA TAL EFECTO, LOS PARTICIPANTES PODRÁN OPTAR POR UTILIZAR EL FORMATO SUGERIDO EN EL ANEXO T4 DE LA CONVOCATORIA O PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE, SIEMPRE Y CUANDO ESTE ÚLTIMO CUMPLA DE MANERA INTEGRAL CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN Y VALIDACIÓN TÉCNICA SOLICITADOS EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE DEL ANEXO TÉCNICO. ESTE CRITERIO APLICARÁ DE FORMA HOMOGÉNEA PARA LA EVALUACIÓN DE TODAS LAS PROPUESTAS.	AREA TECNICA
106	1171942	HOIHO ROBOTICS S A P I DE CV	ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES, 4. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN, PAG 3	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR LOS DESTINOS POR PARTIDA YA QUE INDICAN POSIBILIDAD DE HASTA 3 EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES	SE ACLARA AL LICITANTE QUE: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES, NUMERAL 4 (PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN), LA REGLA GENERAL PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR PARTIDA SE REALIZARÁ EN EL ALMACÉN DELEGACIONAL DEL IMSS (SITO EN	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					CALZADA LÁZARO CÁRDENAS NO. 3069, FRACC. NUEVO MEXICALI, C.P. 21600, MEXICALI, B.C.). EN LOS CASOS ESPECÍFICOS DONDE, POR LA NATURALEZA TÉCNICA O USO DEL CONSUMIBLE, SE REQUIERA LA ENTREGA DIRECTA EN LA UNIDAD, DICHA INDICACIÓN QUEDARÁ EXPRESAMENTE PRECISADA EN LA ORDEN DE REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE REMITIDA AL PROVEEDOR ADJUDICADO. SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES.	
107	1171943	HOIHO ROBOTICS S A P I DE CV	ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES, 4. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN, PAG 3	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI UNA PARTIDA CONFORME A LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN PUEDE SOLICITARSE SEA ENTREGADA EN MÁS DE UN DESTINO.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES, NUMERAL 4 (PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN), EN LA ORDEN DE REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE Y POR PARTIDA, SE REALIZARÁ LA ENTREGA EN UN SOLO LUGAR.	AREA TECNICA
108	1171944	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	NUMERAL 6	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PODRAN SER REPRODUCIDOS POR MI REPRESENTADA Y QUE NO SERÁN MOTIVO DE DESECHAMIENTO, EL NO RESPETAR EXACTAMENTE EL MISMO FORMATO, SIEMPRE Y CUANDO EL ESCRITO REPRODUCIDO INCLUYA LA INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA EN EL FORMATO ORIGINAL DE LA CONVOCATORIA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE PODRÁN UTILIZAR FORMATOS REPRODUCIDOS O LIBRES. PARA TAL EFECTO, LOS PARTICIPANTES PODRÁN OPTAR POR UTILIZAR LOS FORMATOS SUGERIDO EN LOS ANEXOS DE LA CONVOCATORIA O PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTE ÚLTIMO CUMPLA DE MANERA INTEGRAL CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN SOLICITADOS EN ESTE CASO EL NUMERAL 6.	AREA CONTRATANTE
109	1171945	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	NUMERAL 6 INCISO C)	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS REQUISITOS Y/O ANEXOS Y/O ESCRITOS LIBRES QUE NO APLIQUEN A MI REPRESENTADA, BASTARÁ CON PRESENTARLOS CON LA LEYENDA DE "NO APLICA"? FAVOR DE CONFIRMAR	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO ESTO NO LO HARÁ COMO ÚNICA OPCIÓN ACEPTABLE NI SERÁ OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	AREA CONTRATANTE
110	1171946	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	NUMERAL 6 INCISO L)	OPINIONES POSITIVAS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTACIONES PATRONALES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DE EXPEDICIÓN COMPRENDIDA DESDE LA FECHA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y HASTA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO ESTO NO LO HARÁ COMO ÚNICA OPCIÓN ACEPTABLE NI SERÁ OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	AREA CONTRATANTE





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

				PROPUESTAS, INVARIABLEMENTE A LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ PRESENTARSE VIGENTE.FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.		
111	1171947	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	ANEXO NUMERO 1 (UNO) PARTIDA 10	DE ACUERDO CON LA PARTIDA 10, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CIRCUITO DE VENTILACIÓN PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, EXTENSIBLE DE 15 M, CON CONEXIÓN EN CODO, FILTRO BACTERIANO, CON BOLSA DE RESPIRACIÓN DE 1 LITRO, LIBRE DE LATEC Y UN CONECTOR, ESTO AYUDA A EVITAR LA TRANSMISIÓN DE MICROORGANISMOS ENTRE PACIENTES, PERSONAL DE SALUD Y EL ENTORNO. ¿SE ACEPTA?	"NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE RATIFICA QUE EL INSUMO REQUERIDO PARA LA PARTIDA 10 DEBE SER EstrictAMENTE REUSABLE, CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE Y AL NÚMERO DE CATÁLOGO DE REFERENCIA 2165961 PARA EL EQUIPO DE ANESTESIA MARCA DRÄGER MODELO JULIAN. LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE EstrictAMENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES. NO SE AUTORIZAN MODIFICACIONES."	AREA TECNICA
112	1171948	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	ANEXO NUMERO 1 (UNO) PARTIDA 11	DE ACUERDO CON LA PARTIDA 11, REFERENTE A LA CLAVE 379.200.0667.00.01 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN CONJUNTO CONFORMADO POR CIRCUITO RESPIRATORIO, PIEZA EN "T" CON TRAMPA DE AGUA Y NEBULIZADOR, SUMINISTRADOS COMO COMPONENTES INDIVIDUALES QUE INTEGRAN EL SISTEMA COMPLETO REQUERIDO, SIEMPRE QUE SEAN COMPATIBLES CON EL VENTILADOR Y CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PETICIÓN TAL COMO LA PLANTEA. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE LA PRESENTACIÓN SOLICITADA PARA LA PARTIDA 11 (CLAVE 379.200.0667.00.01) ES EN JUEGO. POR LO TANTO, NO SE PERMITIRÁ LA ENTREGA DE COMPONENTE POR COMPONENTE EN PIEZAS O CAJAS INDIVIDUALES SEPARADAS. LOS DIVERSOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA (CIRCUITO RESPIRATORIO, PIEZA EN "T", TRAMPA DE AGUA Y NEBULIZADOR) DEBERÁN ENTREGARSE UNIFICADOS Y COMPACTADOS EN UN SOLO EMPAQUE O KIT QUE CONSTITUYA EL JUEGO COMPLETO DE ORIGEN O DE FÁBRICA, GARANTIZANDO QUE EL ALMACÉN PUEDA SURTIR Y DISPENSAR EL BIEN A LAS UNIDADES MÉDICAS BAJO LA UNIDAD DE MEDIDA DE 1 JUEGO. ASIMISMO, EL JUEGO DEBERÁ SER TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL VENTILADOR VOLUMÉTRICO BENNETT MODELO 7200 SOLICITADO EN LAS BASES.	AREA TECNICA
113	1171949	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	ANEXO NUMERO 1 (UNO) PARTIDA 21	DE ACUERDO A LA PARTIDA 21, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJAS CON CARACTERÍSTICAS 50 MM X 26 GA X 0.76 M (NARANJA), EL CABLE YA ESTA INCLUIDO CON EL ELECTRODO SIN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO, NI COMPATIBILIDAD CON EL ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES; POR EL CONTRARIO, BRINDA MAYOR COMODIDAD Y	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE EstrictAMENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA. SE RATIFICA DE FORMA LITERAL LA DESCRIPCIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA PARTIDA 21, ESTO ES: ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR DESECHABLE 50MM X 26GA X 0.61M (BCO.). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: ET-101193. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES, MARCA: XLTEK, MODELO:	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

				MANIOBRABILIDAD DURANTE EL PROCEDIMIENTO. ASIMISMO, EL CAMBIO DE COLOR NARANJA CORRESPONDE ÚNICAMENTE A UNA VARIACIÓN ESTÉTICA DEL FABRICANTE, SIN IMPACTO TÉCNICO O FUNCIONAL. ¿SE ACEPTA?	XCALIBUR. NO SE AUTORIZAN MODIFICACIONES EN LAS DIMENSIONES DEL CABLE NI EN LOS CÓDIGOS DE COLOR DEL INSUMO.	
114	1171950	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	ANEXO NUMERO 1 (UNO) PARTIDA 37	PARA LA PARTIDA NO. 37 RESPECTO A LA CLAVE 379.782.0010.00.01 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN RESUCITADOR ADULTO DESECHABLE CON VÁLVULA PEEP INTEGRADA, AUN CUANDO NO CUENTE CON MANÓMETRO INCORPORADO, YA QUE LA FUNCIÓN PRINCIPAL DEL DISPOSITIVO ES PROPORCIONAR VENTILACIÓN MANUAL EFECTIVA Y SEGURA EN SITUACIONES DE URGENCIA O SOPORTE RESPIRATORIO TEMPORAL. LO ANTERIOR SE SUSTENTA EN QUE EL CONTROL DE PRESIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA PUEDE REALIZARSE MEDIANTE LA TÉCNICA, EXPERIENCIA Y VALORACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL MÉDICO, ASÍ COMO POR EL USO DE VÁLVULA PEEP, LA CUAL CONTRIBUYE A MANTENER PRESIÓN POSITIVA AL FINAL DE LA ESPIRACIÓN Y MEJORAR LA OXIGENACIÓN DEL PACIENTE. ASIMISMO, EL MANÓMETRO NO MODIFICA LA CAPACIDAD DEL RESUCITADOR PARA PROPORCIONAR VENTILACIÓN MANUAL, NI REPRESENTA UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL EQUIPO EN PACIENTES NEONATALES, POR LO QUE SU AUSENCIA NO LIMITA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO CLÍNICO DEL DISPOSITIVO. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL DE LA PARTIDA 37, EL MONITOREO VISUAL EXACTO DE LA PRESIÓN ES UN REQUISITO INDISPENSABLE Y CRÍTICO DE SEGURIDAD PARA LA VENTILACIÓN MANUAL EN ÁREAS DE URGENCIAS Y REANIMACIÓN (CARRO ROJO). EL MANÓMETRO INTEGRADO PERMITE MITIGAR DE FORMA ACTIVA EL RIESGO DE BAROTRAUMA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE CRÍTICAMENTE ENFERMO. POR LO TANTO, NO SE ACEPTA LA ELIMINACIÓN DE DICHO COMPONENTE Y SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES.	AREA TECNICA
115	1171951	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	ANEXO NUMERO 1 (UNO) PARTIDA 38	PARA LA PARTIDA NO. 38 RESPECTO A LA CLAVE 379.782.0028.00.01 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN RESUCITADOR NEONATAL DESECHABLE CON VÁLVULA PEEP INTEGRADA, AUN CUANDO NO CUENTE CON MANÓMETRO INCORPORADO, YA QUE LA FUNCIÓN PRINCIPAL DEL DISPOSITIVO ES PROPORCIONAR VENTILACIÓN MANUAL	NO SE ACEPTA SU PETICIÓN. SE RATIFICA LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA PARA LA PARTIDA NO. 38 (CLAVE 379.782.0028.00.01). EL MANÓMETRO DE PRESIÓN INCORPORADO ES UN COMPONENTE DE SEGURIDAD INDISPENSABLE E INSUSTITUIBLE EN EL PACIENTE NEONATAL. DE CONFORMIDAD CON LAS GUÍAS INTERNACIONALES DE REANIMACIÓN NEONATAL,	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

				EFFECTIVA Y SEGURA EN SITUACIONES DE URGENCIA O SOPORTE RESPIRATORIO TEMPORAL. LO ANTERIOR SE SUSTENTA EN QUE EL CONTROL DE PRESIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA PUEDE REALIZARSE MEDIANTE LA TÉCNICA, EXPERIENCIA Y VALORACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL MÉDICO, ASÍ COMO POR EL USO DE VÁLVULA PEEP, LA CUAL CONTRIBUYE A MANTENER PRESIÓN POSITIVA AL FINAL DE LA ESPIRACIÓN Y MEJORAR LA OXIGENACIÓN DEL PACIENTE. ASIMISMO, EL MANÓMETRO NO MODIFICA LA CAPACIDAD DEL RESUCITADOR PARA PROPORCIONAR VENTILACIÓN MANUAL, NI REPRESENTA UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL EQUIPO EN PACIENTES NEONATALES, POR LO QUE SU AUSENCIA NO LIMITA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO CLÍNICO DEL DISPOSITIVO. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?	EL MONITOREO VISUAL DE LA PRESIÓN EN LA VÍA AÉREA (EN CM H ₂ O) ES CRÍTICO PARA PREVENIR COMPLICACIONES GRAVES COMO BAROTRAUMA, VOLUTRAUMA Y NEUMOTÓRAX DURANTE LA VENTILACIÓN MANUAL EN RECIÉN NACIDOS. LA ESTIMACIÓN TÁCTIL O POR EXPERIENCIA DEL OPERADOR NO SUSTITUYE EL CONTROL MEDIBLE DE PRESIÓN. POR LO ANTERIOR, SE CONFIRMA QUE EL INSUMO DEBE INCLUIR MANÓMETRO, VÁLVULA PEEP Y VÁLVULA DE ALIVIO TAL COMO SE INDICA EN LAS BASES (CATÁLOGO DE REFERENCIA MERCURY MEDICAL 1056212). LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE ESTRICTAMENTE A LO SOLICITADO. NO SE AUTORIZAN MODIFICACIONES.	
116	1171952	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	2.2	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL QUE SE INDICA, ¿ES CORRECTO PRESENTAR CARTA DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES, LEYES Y REGLAMENTO QUE NOS APLIQUEN EN FORMATO LIBRE?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN: SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE RESPECTO AL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN III DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, INDICADOS EN EL NUMERAL 2.2 DE LA CONVOCATORIA TIENE UN CARÁCTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO Y ENUNCIATIVO RESPECTO AL MARCO NORMATIVO DE SALUD Y CALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN. POR LO TANTO, NO SE REQUIERE QUE LOS PARTICIPANTES PRESENTEN UN ESCRITO O MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO FORMAL PARA NORMAS OFICIALES, LEYES Y REGLAMENTO.	AREA TECNICA
117	1171953	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	2.2	SE SOLICITA AMABLEMENTE NOS PERMITA PRESENTAR EL D.O.F. DE FECHA 07/07/2025 PARA PODER REFERENCIAR AQUELLOS DISPOSITIVOS MEDICOS O INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS DE BAJO RIESGO QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. FAVOR DE ACEPTAR.	NO SE ACEPTA. EL ACUERDO DEL DOF CONTEMPLA DENOMINACIONES GENÉRICAS QUE NO GARANTIZAN EL GRADO MÉDICO, LA ESTERILIDAD NI LA BIOCOMPATIBILIDAD REQUERIDA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES. PARA EVITAR RIESGOS SANITARIOS, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR INVARIABLEMENTE EL	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS.MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					REGISTRO SANITARIO VIGENTE O EL OFICIO DE EXCEPCIÓN INDIVIDUAL EMITIDO POR COFEPRIS, DONDE SE VALIDE FORMALMENTE QUE LA MARCA Y MODELO OFERTADO SON APTOS PARA USO HOSPITALARIO. SE MANTIENE LO SOLICITADO.	
118	1171954	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	2.2	¿LA CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE SOLICITADA PUEDE SER EN FORMATO LIBRE?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE SÍ SE ACEPTARÁ LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE EN FORMATO LIBRE. PARA TAL EFECTO, LOS PARTICIPANTES PODRÁN OPTAR POR UTILIZAR EL FORMATO SUGERIDO EN EL ANEXO T4 DE LA CONVOCATORIA O PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE, SIEMPRE Y CUANDO ESTE ÚLTIMO CUMPLA DE MANERA INTEGRAL CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN Y VALIDACIÓN TÉCNICA SOLICITADOS EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE DEL ANEXO TÉCNICO. ESTE CRITERIO APLICARÁ DE FORMA HOMOGÉNEA PARA LA EVALUACIÓN DE TODAS LAS PROPUESTAS.	AREA TECNICA
119	1171955	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	2.2	SE PUEDE PRESENTAR CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS VENCIDO, ADJUNTANDO LA SOLICITUD DE VISITA ADEMÁS DE LA ORDEN DE VERIFICACIÓN SANITARIA REALIZADA POR LA COFEPRIS, TODO EN APEGO AL ARTICULO 19 DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS QUE GARANTICEN BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE FÁRMACOS, MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE ACOMPAÑEN A LAS SOLICITUDES DE NUEVOS REGISTROS SANITARIOS, SUS PRÓRROGAS Y MODIFICACIONES, PUBLICADO EN EL D.O.F. EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025 EL CUAL ESTABLECE: " UNA VEZ CONCLUIDA LA VIGENCIA DE LA CBPF EMITIDA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 18, DICHA CERTIFICACIÓN SEGUIRÁ VIGENTE HASTA EN TANTO LA SECRETARÍA DE SALUD NO EMITA LA RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE CON HOMOCLEVE COFEPRIS-01-029, SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A DICHO TRÁMITE.". SE ACEPTA NUESTRA	SE ACLARA SU INQUIETUD. LA CONVOCANTE RECONOCE LAS DISPOSICIONES Y DERECHOS DE PRÓRROGA ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 19 DEL ACUERDO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 20 DE MARZO DE 2025. NO OBSTANTE, SE REITERA A TODOS LOS LICITANTES QUE CONFORME AL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN III DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, INDICADOS EN EL NUMERAL 2.2 DE LA CONVOCATORIA, ESTE TIENE UN CARÁCTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO Y ENUNCIATIVO SOBRE EL MARCO LEGAL QUE RIGE LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES. EN VIRTUD DE QUE EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN (CBPF) NO ES UN DOCUMENTO SOLICITADO COMO REQUISITO DE ENTREGA EN ESTA LICITACIÓN, NO ES NECESARIO QUE LOS PARTICIPANTES PRESENTEN DICHO CERTIFICADO, SUS ACUSES DE PRÓRROGA O SOLICITUDES DE VISITA DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA. LA EVALUACIÓN SE LIMITARÁ Estrictamente a los requisitos documentales solicitados formalmente en las bases.	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II

RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

				PROPUESTA		
120	1171956	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	2.3	DICE: PARA LOS BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR ETIQUETA DEL PRODUCTO TERMINADO PARA SU COMERCIALIZACIÓN PREGUNTA: ¿ES CORRECTO QUE DEBEMOS PRESENTAR UNA IMAGEN DE LA ETIQUETA DE (LOS) PRODUCTO(S) QUE SE OFERTA(N) Y SOLO APLICA PARA AQUELLOS BIENES QUE NO CUENTAN CON REGISTRO SANITARIO?	"SE ACLARA SU INQUIETUD. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.3 (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA) DEL ANEXO TÉCNICO, SE PRECISAN LOS SIGUIENTES CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS: PARA LOS BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO: SÍ ES OBLIGATORIO ANEXAR LA IMAGEN GRÁFICA, MARBETE O RÓTULO DE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO TERMINADO (O CONTRAETIQUETA CONFORME A LA NOM-137-SSA1-2008) EN IDIOMA ESPAÑOL, DEBIDAMENTE IDENTIFICADA O REFERENCIADA CON LA CLAVE DEL BIEN OFERTADO A 10 DÍGITOS. PARA LOS BIENES QUE SÍ REQUIEREN REGISTRO SANITARIO: LA PRESENTACIÓN DE LA ETIQUETA, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS O MANUALES DE USO APLICA DE FORMA GENERAL. PARA TODOS LOS LICITANTES, CON LA FINALIDAD DE ACREDITAR ANALÍTICAMENTE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA CÉDULA DESCRIPTIVA QUE NO SE DESPRENDAN EN SU TOTALIDAD DEL PROPIO REGISTRO SANITARIO. EN TODOS LOS CASOS, LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE SOPORTE QUE SE ANEXE DEBERÁ EXHIBIRSE EN IDIOMA ESPAÑOL Y ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA CON LA CLAVE DEL BIEN A 10 DÍGITOS; DE LO CONTRARIO, NO SERÁ OBJETO DE EVALUACIÓN TÉCNICA. SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES."	AREA TECNICA
121	1171957	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	3.2	DICE: OFERTA SUBSECUENTE DE DESCUENTO. PREGUNTA: ¿APLICARA ESTA MODALIDAD DE SUBASTA EN EL PRESENTE EVENTO O LA ASIGNACION SERA BAJO EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO?	LA ASIGNACION SERA BAJO EL CRITERIO DE EVALUACION BINARIO Y APLICARA LA MODALIDAD DE OFERTA SUBSECUENTE DE DESCUENTO SIEMPRE QUE EXISTA COMPETENCIA SUFICIENTE CON RESPECTO DE LOS BIENES.	AREA CONTRATANTE
122	1171958	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	NUMERAL 6 INCISO K.	PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO ES SUFICIENTE EL PRESENTAR LA CONSTANCIA DEL INFONAVIT RECIENTE (DEL MES DE JULIO) Y EN SENTIDO POSITIVO ?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO ESTO NO LO HARÁ COMO ÚNICA OPCIÓN ACEPTABLE NI SERÁ OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	AREA CONTRATANTE





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

123	1171959	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	ANEXO 1 PARTIDA: 10	¿PODEMOS OFERTAR CIRCUITO DESECHABLE?	"NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE RATIFICA QUE EL INSUMO REQUERIDO PARA LA PARTIDA 10 DEBE SER EstrictAMENTE REUSABLE, CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE Y AL NÚMERO DE CATÁLOGO DE REFERENCIA 2165961 DEL EQUIPO DE ANESTESIA DRÄGER JULIAN. LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES."	AREA TECNICA
124	1171960	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DE CARÁCTER GENERAL	¿ES CORRECTO QUE NO REQUIEREN EQUIPOS A COMODATO PARA NINGUNA DE LA PARTIDAS QUE SE SOLICITAN EN EL PRESENTE EVENTO/REQUERIMIENTO?	ES CORRECTO. SE CONFIRMA QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO NO SE REQUIERE LA ENTREGA DE EQUIPOS EN COMODATO PARA NINGUNA DE LAS PARTIDAS SOLICITADAS. LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y SUS ANEXOS TÉCNICOS.	AREA TECNICA
125	1171961	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DE CARÁCTER GENERAL	¿ES CORRECTO QUE NO REQUIEREN MUESTRAS DE NINGUNA DE LA PARTIDAS QUE SE SOLICITAN EN EL PRESENTE EVENTO/REQUERIMIENTO?	ES CORRECTO. SE CONFIRMA QUE NO SE SOLICITA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS PARA NINGUNA DE LAS PARTIDAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.	AREA TECNICA
126	1171966	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 2	FAVOR DE INDICAR SI PODEMOS ENTREGAR EN CAJA CON 40 PIEZAS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES EN LA PRESENTACIÓN EXACTA REQUERIDA EN LAS BASES PARA LA PARTIDA 2. LO ANTERIOR OBEDECE A RAZONES DE CONTROL LOGÍSTICO Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL INSTITUTO, YA QUE EL SURTIDO Y DESPACHO DE INSUMOS HACIA LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS SE REALIZA DE FORMA FRACCIONADA CONFORME A LA PRESENTACIÓN AUTORIZADA INSTITUCIONALMENTE. ACEPTAR EMPAQUES COLECTIVOS O MODIFICACIONES EN EL ENVASE SECUNDARIO AFECTARÍA LA OPERACIÓN HOSPITALARIA, EL CONTROL DE LOTES Y LA SEGREGACIÓN EN LOS ALMACENES. SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL.	AREA TECNICA
127	1171967	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 5	FAVOR DE INDICAR SI PODEMOS OFERTAR CUBETA CON 20 KG ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LOS	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					BIENES EN LA PRESENTACIÓN EXACTA REQUERIDA EN LAS BASES PARA LA PARTIDA 5. LO ANTERIOR OBEDECE A RAZONES DE CONTROL LOGÍSTICO Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL INSTITUTO, YA QUE EL SURTIDO Y DESPACHO DE INSUMOS HACIA LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS SE REALIZA DE FORMA FRACCIONADA CONFORME A LA PRESENTACIÓN AUTORIZADA INSTITUCIONALMENTE. ACEPTAR EMPAQUES COLECTIVOS O MODIFICACIONES EN EL ENVASE SECUNDARIO AFECTARÍA LA OPERACIÓN HOSPITALARIA, EL CONTROL DE LOTES Y LA SEGREGACIÓN EN LOS ALMACENES. SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL.	
128	1171968	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 5	FAVOR DE INDICAR SI PODEMOS ENTREGAR LO ADJUDICADO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 5KG ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES EN LA PRESENTACIÓN EXACTA REQUERIDA EN LAS BASES PARA LA PARTIDA 5. LO ANTERIOR OBEDECE A RAZONES DE CONTROL LOGÍSTICO Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL INSTITUTO, YA QUE EL SURTIDO Y DESPACHO DE INSUMOS HACIA LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS SE REALIZA DE FORMA FRACCIONADA CONFORME A LA PRESENTACIÓN AUTORIZADA INSTITUCIONALMENTE. ACEPTAR EMPAQUES COLECTIVOS O MODIFICACIONES EN EL ENVASE SECUNDARIO AFECTARÍA LA OPERACIÓN HOSPITALARIA, EL CONTROL DE LOTES Y LA SEGREGACIÓN EN LOS ALMACENES. SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL.	AREA TECNICA
129	1171969	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 20	FAVOR DE INDICAR SI PODEMOS ENTREGAR LO EQUIVALENTE EN BOLSA DE 100 PIEZAS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES EN LA PRESENTACIÓN EXACTA REQUERIDA EN LAS BASES PARA LA PARTIDA 20. LO ANTERIOR OBEDECE A RAZONES DE CONTROL LOGÍSTICO Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL INSTITUTO, YA QUE EL SURTIDO Y DESPACHO DE INSUMOS HACIA LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS SE REALIZA DE FORMA FRACCIONADA CONFORME A	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					LA PRESENTACIÓN AUTORIZADA INSTITUCIONALMENTE. ACEPTAR EMPAQUES COLECTIVOS O MODIFICACIONES EN EL ENVASE SECUNDARIO AFECTARÍA LA OPERACIÓN HOSPITALARIA, EL CONTROL DE LOTES Y LA SEGREGACIÓN EN LOS ALMACENES. SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL.	
130	1171970	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 22	FAVOR DE INDICAR QUE EL PRECIO QUE REQUIEREN ES POR PIEZA INDIVIDUAL ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL PRECIO A OFERTAR DEBERÁ APEGARSE Estrictamente a la UNIDAD DE MEDIDA Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA PARA LA PARTIDA 22, LA CUAL CORRESPONDE DE FORMA LITERAL A FILTRO ANTIBACTERIAL DESECHABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: S/N.PARA SU USO EN EL EQUIPO: ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA. CLAVE:531.081.0014. MARCA: ALSA. MODELO: VORTEX AS200. NO SE AUTORIZAN MODIFICACIONES EN LA COTIZACIÓN DE LOS BIENES. SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES.	AREA TECNICA
131	1171971	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 22	FAVOR DE INDICAR QUE LA ENTREGA SE PUEDE REALIZAR SEGÚN LA PRESENTACIÓN DE LA MARCA, ES DECIR, CAJA CON 20 PIEZAS ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES EN LA PRESENTACIÓN EXACTA REQUERIDA EN LAS BASES PARA LA PARTIDA 22. LO ANTERIOR OBEDECE A RAZONES DE CONTROL LOGÍSTICO Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL INSTITUTO, YA QUE EL SURTIDO Y DESPACHO DE INSUMOS HACIA LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS SE REALIZA DE FORMA FRACCIONADA CONFORME A LA PRESENTACIÓN AUTORIZADA INSTITUCIONALMENTE. ACEPTAR EMPAQUES COLECTIVOS O MODIFICACIONES EN EL ENVASE SECUNDARIO AFECTARÍA LA OPERACIÓN HOSPITALARIA, EL CONTROL DE LOTES Y LA SEGREGACIÓN EN LOS ALMACENES. SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL.	AREA TECNICA
132	1171972	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 31	EL MODELO QUE VAMOS A OFERTAR INCLUYE UNA SONDA, NO UN TUBO CORRUGADO ¿PODEMOS OFERTARLO CON ESA CARACTERÍSTICA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PARA LA PARTIDA 31 (CLAVE 379.625.0029.00.01), DEBERÁN ENTREGAR EL BIEN CON EL TUBO CORRUGADO SOLICITADO EN	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II

RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO.	
					NO SE PERMITE LA SUSTITUCIÓN DEL TUBO CORRUGADO POR Sonda NI LA OMISIÓN DE NINGUNO DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL JUEGO (MASCARILLA, ADAPTADOR EN "T" Y TUBO CORRUGADO). LOS PARTICIPANTES DEBERÁN APEGARSE EstrictAMENTE A LA LITERALIDAD DE LA CLAVE.	
133	1171973	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 33	FAVOR DE INDICAR QUE EL PRECIO QUE REQUIEREN ES POR PIEZA INDIVIDUAL ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL PRECIO A OFERTAR DEBERÁ APEGARSE EstrictAMENTE A LA UNIDAD DE MEDIDA Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA PARA LA PARTIDA 33, LA CUAL CORRESPONDE DE FORMA LITERAL A NARIZ ARTIFICIAL HUMID VENT HUDSON ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DECATALOGO: S/N. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0279.04.01VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: GE. MODELO: IVENT 201 IC/AB..	AREA TECNICA
134	1171974	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 33	FAVOR DE INDICAR QUE LA ENTREGA SE PUEDE REALIZAR SEGÚN LA PRESENTACIÓN DE LA MARCA, ES DECIR, CAJA CON 20 PIEZAS O CAJA CON 50 PIEZAS ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ APEGARSE EstrictAMENTE A LA PRESENTACIÓN Y UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA (PRESENTACIÓN: PIEZA). SE CONFIRMA QUE CADA UNIDAD (PIEZA INDIVIDUAL) DEBERÁ CONTAR CON SU EMPAQUE PRIMARIO Y ETIQUETADO INDEPENDIENTE QUE GARANTICE SU IDENTIFICACIÓN, DATOS DEL FABRICANTE, LOTE Y CADUCIDAD, PERMITIENDO SU FRACCIONAMIENTO Y DISPENSACIÓN INDIVIDUAL EN UNIDADES HOSPITALARIAS. LOS LICITANTES PODRÁN ENTREGAR DICHAS PIEZAS DENTRO DE UN EMPAQUE SECUNDARIO O CAJA COLECTIVA PARA SU RESGUARDO Y ACOMODO, SIEMPRE Y CUANDO ESTE PERMITA EXTRAER Y SEGREGAR LAS PIEZAS INDIVIDUALES Y NO CONDICIONE LA ENTREGA NI EL SURTIMIENTO A CAJAS CERRADAS O MÚLTIPLOS FJOS. EL INGRESO, CONTABILIZACIÓN Y SURTIMIENTO EN ALMACÉN SE REALIZARÁ EstrictAMENTE POR PIEZA.	AREA TECNICA
135	1171975	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 37	FAVOR DE INDICAR QUE EL PRECIO QUE REQUIEREN ES POR PIEZA INDIVIDUAL ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO SU ENTENDIMIENTO. EL PRECIO A OFERTAR, ASÍ COMO LA ENTREGA DE LOS BIENES, DEBERÁ APEGARSE EstrictAMENTE A	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					LA PRESENTACIÓN SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA PARA LA PARTIDA 37, LA CUAL CORRESPONDE A JUEGO (UNIDAD COMPLETA QUE INTEGRA LA BOLSA AUTO-INFLABLE, BOLSA RESERVORIO, MASCARILLA ANATÓMICA, VÁLVULA DE PACIENTE, MANÓMETRO Y VÁLVULA PEEP). NO SE ACEPTARÁ LA COTIZACIÓN POR PIEZA INDIVIDUALIZADA NI LA ENTREGA EN EMPAQUES COLECTIVOS QUE ALTEREN LA DISTRIBUCIÓN FRACCIONADA DEL INSUMO.	
136	1171976	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 37	FAVOR DE INDICAR QUE LA ENTREGA SE PUEDE REALIZAR SEGÚN LA PRESENTACIÓN DE LA MARCA, ES DECIR, CAJA CON 6 PIEZAS, ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES EN LA PRESENTACIÓN EXACTA REQUERIDA EN LAS BASES PARA LA PARTIDA 37. LO ANTERIOR OBEDECE A RAZONES DE CONTROL LOGÍSTICO Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL INSTITUTO, YA QUE EL SURTIDO Y DESPACHO DE INSUMOS HACIA LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS SE REALIZA DE FORMA FRACCIONADA CONFORME A LA PRESENTACIÓN AUTORIZADA INSTITUCIONALMENTE. ACEPTAR EMPAQUES COLECTIVOS O MODIFICACIONES EN EL ENVASE SECUNDARIO AFECTARÍA LA OPERACIÓN HOSPITALARIA, EL CONTROL DE LOTES Y LA SEGREGACIÓN EN LOS ALMACENES. SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL.	AREA TECNICA
137	1171977	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 38	FAVOR DE INDICAR QUE EL PRECIO QUE REQUIEREN ES POR PIEZA INDIVIDUAL ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL PRECIO A OFERTAR DEBERÁ APEGARSE ESTRICTAMENTE A LA UNIDAD DE MEDIDA Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA PARA LA PARTIDA 38, LA CUAL CORRESPONDE DE FORMA LITERAL A RESUCITADOR NEONATAL DESECHABLE CON MANOMETRO, VALVULA PEEP Y VALVULA DEALVIO. MARCA: MERCURY MEDICAL PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO:1056212. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARAREANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. CLAVE: 531.191.0391. MARCA:VARIOS. MODELO: VARIOS. NO SE AUTORIZAN MODIFICACIONES EN LA COTIZACIÓN DE LOS BIENES. SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES.	AREA TECNICA





ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-0506GYR003-T-106-2026

“ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO”

138	1171978	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 38	FAVOR DE INDICAR QUE LA ENTREGA SE PUEDE REALIZAR SEGUN LA PRESENTACION DE LA MARCA, ES DECIR, CAYA CON 12 PIEZAS, ¿ES CORRECTO?	EL ANTERIOR OBEDECE A RAZONES DE CONTROL LOGISTICO Y DISTRIBUCION INTERNA DEL INSTITUTO, YA QUE EL SURTIDO Y DESPACHO DE INSUMOS HACIA LAS DIVERSAS UNIDADES MEDICAS SE REALIZA DE FORMA FRACCIONADA CONFORME A LA PRESENTACION AUTORIZADA INSTITUCIONALMENTE. ACEPTAR EMPAQUES COLECTIVOS O MODIFICACIONES EN EL ENVASE SECUNDARIO AFECTAR LA OPERACION HOSPITALARIA, EL CONTROL DE LOTES Y LA SEGREGACION EN LOS ALMACENES. SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.	AREA TECNICA
139	1171979	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 6	SE LE PIDE A LA AMABLE CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE DEBE PROPORCIONAR PARA SU CORRECTA OPERACION UN HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE ALTO FLUJO Y MEDIDOR DE OXIGENO INTEGRADO PARA PROPORCIONAR GASES RESPIRATORIOS CALIENTES Y HUMIDIFICADOS DE ALTO FLUJO A PACIENTES CON RESPIRACION ESPONTANEA, ESTE EN ESQUEMA DE COMODATO, PRESTAMO O SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE PARA LA PARTIDA 6 NO SE SOLICITA LA ENTREGA DE EQUIPOS MEDICOS EN ESQUEMA DE COMODATO, PRESTAMO O SIN COSTO ADICIONAL EL OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES EXCLUSIVAMENTE LA ADQUISICION DE LOS CONSUMIBLES DESCritos EN LAS BASES, TODA VEZ QUE LAS UNIDADES MEDICAS DEL INSTITUTO YA CUENTAN CON EL EQUIPO MEDICO BASE PARA LA CORRECTA APLICACION DEL INSUMO, SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA	AREA TECNICA
140	1171980	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 7	SE LE PIDE A LA AMABLE CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE DEBE PROPORCIONAR PARA SU CORRECTA OPERACION UN HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE ALTO FLUJO Y MEDIDOR DE OXIGENO INTEGRADO PARA PROPORCIONAR GASES RESPIRATORIOS CALIENTES Y HUMIDIFICADOS DE ALTO FLUJO A PACIENTES CON RESPIRACION ESPONTANEA, ESTE EN ESQUEMA DE COMODATO, PRESTAMO O SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE PARA LA PARTIDA 7 NO SE SOLICITA LA ENTREGA DE EQUIPOS MEDICOS EN ESQUEMA DE COMODATO, PRESTAMO O SIN COSTO ADICIONAL EL OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES EXCLUSIVAMENTE LA ADQUISICION DE LOS CONSUMIBLES DESCritos EN LAS BASES, TODA VEZ QUE LAS UNIDADES MEDICAS DEL INSTITUTO YA CUENTAN CON EL EQUIPO MEDICO BASE PARA LA CORRECTA APLICACION DEL INSUMO, SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS-MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

141	1171981	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 14	SE PIDE A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE PODER OFERTAR UN CIRCUITO VENTILATORIO QUE CUENTE CON CALEFACCIÓN EN AMBAS RAMAS Y TECNOLOGÍA DE MICRO CELDAS QUE PERMITEN EL AISLAMIENTO DEL GAS EN LA RAMA INSPIRATORIA E IMPIDEN LA ACUMULACION DE HUMEDAD EN LA RAMA EXHALATORIA, DE MANERA QUE DISMINUYA LA APERTURA DEL CIRCUITO VENTILATORIO Y ASI REDUCIR LAS TASAS DE NEUMONIA E INFECCIONES ASOCIADAS AL VENTILADOR. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO Y NO SE OMITAN LOS COMPONENTES REQUERIDOS. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR TECNOLOGÍAS CON TECNOLOGÍA DE MICRO CELDAS Y/O CALEFACCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO NO SE OMITA LA INCLUSIÓN DE LA TRAMPA DE AGUA EN LA RAMA EXHALATORIA Y SE CUMPLA CON LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN LA CLAVE 379.200.3315.00.02 (CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL, CABLE CALEFACTOR EN RAMA INSPIRATORIA COLOR AZUL, TRAMPA DE AGUA EN RAMA EXHALATORIA COLOR BLANCA, PIEZA EN "Y" GIRATORIA, CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN, LÍNEA DE PRESIÓN Y KIT DE ADAPTADORES), GARANTIZANDO LA TOTAL COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS MÉDICOS BASE SEÑALADOS EN LAS BASES. LA EVALUACIÓN CUALITATIVA SE REALIZARÁ DURANTE LA ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.	AREA TECNICA
142	1171982	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 15	SE LE PIDE A LA AMABLE CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE DEBE PROPORCIONAR PARA SU CORRECTA OPERACIÓN UN HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE ALTO FLUJO Y MEDIDOR DE OXIGENO INTEGRADO PARA PROPORCIONAR GASES RESPIRATORIOS CALIENTES Y HUMIDIFICADOS DE ALTO FLUJO A PACIENTES CON RESPIRACION ESPONTANEA, ESTE EN ESQUEMA DE COMODATO, PRESTAMO O SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA SE ACLARA AL LICITANTE QUE PARA LA PARTIDA 15 NO SE SOLICITA LA ENTREGA DE EQUIPOS MÉDICOS EN ESQUEMA DE COMODATO, PRÉSTAMO O SIN COSTO ADICIONAL EL OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES EXCLUSIVAMENTE LA ADQUISICIÓN DE LOS CONSUMIBLES DESCRITOS EN LAS BASES, TODA VEZ QUE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO YA CUENTAN CON EL EQUIPO MÉDICO BASE PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL INSUMO. SE MANTIENE LO SOLICITADO DE FORMA LITERAL.	AREA TECNICA
143	1171983	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDA 15	SE LE PIDE A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE SI ACEPTA OFERTAR CON EL NÚMERO DE CATALOGO 900PT562 EN LUGAR DEL SOLICITADO, CONSIDERANDO QUE EL BIEN PROPUESTO ES DEL MISMO FABRICANTE Y CUMPLE CON LA COMPATIBILIDAD DEL EQUIPO CON CANULAS ADULTO Y PEDIATRICO DE ALTO FLUJO, PRESENTANDO COMO MEJORA TECNOLÓGICA UN TUBO CALENTADO	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN APEGARSE EstrictAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y AL NÚMERO DE CATÁLOGO DE REFERENCIA 900PT501 SOLICITADO EN LAS BASES PARA LA PARTIDA 15 (CLAVE 379.200.4057.00.01), EL CUAL ESTÁ ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO Y VALIDADO PARA SU USO CON EL HUMIDIFICADOR CON CALEFACCIÓN Y	AREA TECNICA





**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA**

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

**ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026**

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

				CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACION, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, Y CUENTA CON UN ADAPTADOR PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS NEBULIZADOS SIN INTERRUPTIR LA TERAPIA, ¿SE ACEPTA?	GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (CLAVE 531.480.0201). NO SE AUTORIZAN CAMBIOS DE CÓDIGO DE CATÁLOGO NI MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CLAVE. LAS PROPOSICIONES SERÁN EVALUADAS RIGUROSAMENTE CON BASE EN LA LITERALIDAD Y COMPATIBILIDAD SOLICITADA EN EL ANEXO TÉCNICO, GARANTIZANDO CONDICIONES DE IGUALDAD Y EQUITAD PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.	
144	1171984	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDAS 6, 7 Y 15	EN CASO DE REQUIERIR EL EQUIPO HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE ALTO FLUJO Y MEDIDOR DE OXIGENO INTEGRADO FAVOR DE INDICAR LA CANTIDAD DE EQUIPOS REQUERIDOS, LUGAR DE INSTALACION Y TIEMPO DE ENTREGA POSTERIOR AL FALLO	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES, PARA LOS EFECTOS CONDUCENTES DE LAS PARTIDAS 6, 7 Y 15, QUE EL OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ES EXCLUSIVAMENTE LA ADQUISICIÓN DE BIENES CONSUMIBLES, POR LO QUE NO SE REQUIERE NI SE SOLICITA LA ENTREGA DE EQUIPOS MÉDICOS EN ESQUEMA DE COMODATO, PRÉSTAMO, ARRENDAMIENTO O SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO. LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS YA DISPONEN DEL EQUIPAMIENTO BASE E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN. LOS LICITANTES DEBERÁN COTIZAR SUS PROPUESTAS ECONÓMICAS CONSIDERANDO ÚNICAMENTE EL PRECIO UNITARIO DEL CONSUMIBLE, APEGÁNDOSE A LA LITERALIDAD DE LA DEMANDA AGREGADA. NO SE AUTORIZAN MODIFICACIONES.	AREA TECNICA
145	1171985	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDAS 6, 7 Y 15	SE LE PIDE A LA AMABLE CONVOCANTE NOS INDIQUE SI, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DESEMPEÑO ÓPTIMO DEL EQUIPO HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE ALTO FLUJO Y MEDIDOR DE OXIGENO INTEGRADO AL CONSIDERAR QUE ESTE CUENTA CON UN TIEMPO DE VIDA UTIL PROMEDIO DE 5 AÑOS, ES NECESARIO OFERTAR EQUIPOS CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 AÑOS, ESTO PARA EVITAR RIESGOS EN LA CONTINUIDAD OPERATIVA QUE PUEDA COMPROMETER LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CONTAR CON EQUIPOS EN LA PARTE FINAL O INCLUSO FUERA DE SU	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES, PARA LOS EFECTOS CONDUCENTES DE LAS PARTIDAS 6, 7 Y 15, QUE EL OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ES EXCLUSIVAMENTE LA ADQUISICIÓN DE BIENES CONSUMIBLES, POR LO QUE NO SE REQUIERE NI SE SOLICITA LA ENTREGA DE EQUIPOS MÉDICOS EN ESQUEMA DE COMODATO, PRÉSTAMO, ARRENDAMIENTO O SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO. LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS YA DISPONEN DEL EQUIPAMIENTO BASE E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA CORRECTA	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

				VIDA UTIL ¿SE ACEPTA?	APLICACIÓN. LOS LICITANTES DEBERÁN COTIZAR SUS PROPUESTAS ECONÓMICAS CONSIDERANDO ÚNICAMENTE EL PRECIO UNITARIO DEL CONSUMIBLE, APEGÁNDOSE A LA LITERALIDAD DE LA DEMANDA AGREGADA. NO SE AUTORIZAN MODIFICACIONES.	
146	1171986	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDAS 6, 7 Y 15	SE LE PIDE A LA AMABLE CONVOCANTE NOS ENTREGUE UNA LISTA DE ACCESORIOS DEFINITIVA COMO PARTE DE LOS CONSUMIBLES QUE FORME PARTE DEL EQUIPO EN COMODTO EN CASO DE REQUERIRSE	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES, PARA LOS EFECTOS CONDUCTENTES DE LAS PARTIDAS 6, 7 Y 15, QUE EL OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ES EXCLUSIVAMENTE LA ADQUISICIÓN DE BIENES CONSUMIBLES, POR LO QUE NO SE REQUIERE NI SE SOLICITA LA ENTREGA DE EQUIPOS MÉDICOS EN ESQUEMA DE COMODATO, PRÉSTAMO, ARRENDAMIENTO O SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO. LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS YA DISPONEN DEL EQUIPAMIENTO BASE E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN. LOS LICITANTES DEBERÁN COTIZAR SUS PROPUESTAS ECONÓMICAS CONSIDERANDO ÚNICAMENTE EL PRECIO UNITARIO DEL CONSUMIBLE, APEGÁNDOSE A LA LITERALIDAD DE LA DEMANDA AGREGADA. NO SE AUTORIZAN MODIFICACIONES.	AREA TECNICA
147	1171987	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDAS 6, 7 Y 15	¿SE LE PIDE A LA AMABLE CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTREGAR FLUJOMETRO DE 70 LITROS, CONECTOR COLA DE RATON Y LINEA DE OXIGENO POR CADA GENERADOR DE ALTO FLUJO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA SU APRECIACIÓN. SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE EL OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES EXCLUSIVAMENTE LA ADQUISICIÓN DE LOS CONSUMIBLES SOLICITADOS EN LAS PARTIDAS 6, 7 Y 15 (CÁNULAS Y CIRCUITO DESECHABLE). NO SE SOLICITA LA ENTREGA DE FLUJÓMETROS, CONECTORES TIPO COLA DE RATÓN NI LÍNEAS DE OXÍGENO ADICIONALES A LAS CONTEMPLADAS EN EL EMPAQUE DE ORIGEN DEL CONSUMIBLE. LAS UNIDADES MÉDICAS YA CUENTAN CON LAS INSTALACIONES Y TOMAS DE GASES MEDICINALES CORRESPONDIENTES. LOS LICITANTES DEBERÁN COTIZAR SUS PROPUESTAS ATENDIENDO ÚNICAMENTE A LA LITERALIDAD DE LAS CLAVES SOLICITADAS.	AREA TECNICA
148	1171988	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	PARTIDAS 6, 7 Y 15	FAVOR DE INDICAR SI SE DEBE PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE Y-O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

				FABRICANTE		
149	1171989	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	MUESTRA FISICA	FAVOR DE CONFIRMAR QUE PARA ESTE PROCEDIMIENTO NO REQUIEREN MUESTRA FISICA DE LOS BIENES	ES CORRECTO. SE CONFIRMA QUE NO SE SOLICITA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS PARA NINGUNA DE LAS PARTIDAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.	AREA TECNICA
150	1171990	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	MANIFIESTOS	FAVOR DE INDICAR A QUIEN SE DEBEN DIRIGIR TODOS LOS MANIFIESTOS	TODOS LOS ANEXOS DEBEN DE SER DIRIGIDOS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL OOAD BAJA CALIFORNIA	AREA CONTRATANTE
151	1171991	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	FIRMA PROPUESTA	FAVOR DE INDICAR QUE EN LOS MANIFIESTOS ACEPTAN FIRMA DIGITAL (IMAGEN) DEL REPRESENTANTE LEGAL, CONSIDERANDO QUE ES UN PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO, Y QUE TAMBIÉN SE FIRMARÁ CON LA FIEL AL MOMENTO DE PUBLICAR LA PROPUESTA ¿SE ACEPTA?	EL LICITANTE DEBERA APEGARSE EstrictAMENTE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 5 DE LA CONVOCATORIA.	AREA CONTRATANTE
152	1171992	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	OPINION SAT	FAVOR DE ACEPTAR CON VIGENCIA DE 30 DIAS ANTES DE LA FECHA DE APERTURA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO ESTO NO LO HARÁ COMO ÚNICA OPCIÓN ACEPTABLE NI SERÁ OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	AREA CONTRATANTE
153	1171993	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	OPINION IMSS	FAVOR DE ACEPTAR CON VIGENCIA DE 15 DIAS ANTES DE LA FECHA DE APERTURA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO ESTO NO LO HARÁ COMO ÚNICA OPCIÓN ACEPTABLE NI SERÁ OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	AREA CONTRATANTE
154	1171994	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	OPINION INFONAVIT	FAVOR DE ACEPTAR CON VIGENCIA DE 30 DIAS ANTES DE LA FECHA DE APERTURA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO ESTO NO LO HARÁ COMO ÚNICA OPCIÓN ACEPTABLE NI SERÁ OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	AREA CONTRATANTE
155	1171995	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	ANEXO 6	FAVOR DE INDICAR SI EL IMPORTE CON LETRA ES ANTE DE IVA O INCLUYENDO IVA	EL IMPORTE CON LETRA ES ANTES IVA	AREA CONTRATANTE
156	1171996	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	ANEXO 6	FAVOR DE INDICAR SI EN EL APARTADO DE MARCA SE PUEDE COLOCAR MARCA COMERCIAL Y/O DENOMINACION DISTINTIVA DEL REGISTRO SANITARIO	"SÍ SE ACEPTA. SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, LOS LICITANTES PODRÁN INDICAR EN SUS PROPUESTAS LA MARCA COMERCIAL Y/O DENOMINACIÓN DISTINTIVA DEL INSUMO OFERTADO, SIEMPRE Y CUANDO COINCIDA PLENAMENTE CON LO ASENTADO EN SU REGISTRO SANITARIO VIGENTE (O DOCUMENTO REGULATORIO APLICABLE) Y CUMPLA DE MANERA PUNTUAL CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN LAS BASES DE ESTA CONVOCATORIA."	AREA CONTRATANTE
157	1171997	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	ANEXO 11	FAVOR DE INDICAR SI ACEPTAN FIRMA DIGITAL DEL FABRICANTE, POR SER UN PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO ¿SE ACEPTA?	EL LICITANTE DEBERA APEGARSE EstrictAMENTE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 5 DE LA CONVOCATORIA.	AREA CONTRATANTE





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS.MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

158	1171998	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	ANEXO 11	FAVOR DE INDICAR QUE LA CARTA PUEDE SER EXPEDIDA POR EL FABRICANTE, O EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O EL DISTRIBUIDOR SEÑALADO DENTRO DEL REGISTRO SANITARIO ¿ES CORRECTO?	EL LICITANTE DEBERÁ REMITIRSE A LAS ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA.	AREA CONTRATANTE
159	1171999	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	ANEXO 20	FAVOR DE INDICAR SI EL DOCUMENTO SE PRESENTA FIRMADO O SI SE DEBE ANEXAR ALGUNA INFORMACIÓN ADICIONAL	EL LICITANTE DEBERA APEGARSE Estrictamente a lo solicitado en el numeral 6 inciso o) de la convocatoria, mismo que indica lo siguiente: ESCRITO LIBRE EN DONDE EL LICITANTE MANIFIESTA QUE EN CASO DE CELEBRAR UN CONTRATO Y CUYO MONTO EXCEDA DE \$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IVA, AUTORIZA AL SAT A HACER PÚBLICO EL RESULTADO DE SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CFF EN CORRELACIÓN CON LA REGLA 2.1.28. Y 2.1.24 DE RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2026.	AREA CONTRATANTE
160	1172000	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	ANEXO 21	FAVOR DE INDICAR QUE SOLO LO DEBE FIRMAR EL LICITANTE ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION	AREA CONTRATANTE
161	1172001	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	ANEXO 21BIS	FAVOR DE INDICAR QUE SOLO LO DEBE FIRMAR EL LICITANTE ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION	AREA CONTRATANTE
162	1172002	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	ANEXO 22	FAVOR DE INDICAR QUE SOLO LO DEBE FIRMAR EL LICITANTE ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION	AREA CONTRATANTE
163	1172003	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	ANEXO 21, 21 BIS Y 22	FAVOR DE INDICAR QUE SOLO SE PRESENTA EL ANEXO QUE APLICA, Y EL RESTO DE LOS FORMATOS SE PUEDEN PRESENTAR MARCA DE AGUA NO APLICA ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO ESTO NO LO HARÁ COMO ÚNICA OPCIÓN ACEPTABLE NI SERÁ OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	AREA CONTRATANTE
164	1172004	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	2.1 CALIDAD	PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO BASTARA CON PRESENTAR MANIFIESTACION QUE LAS PARTIDAS OFERTADAS CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS QUE EL INSTITUTO SOLICITA EN EL ANEXO 1 (UNO) ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.1 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA, EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE PUNTO SE ACREBITARÁ MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UN ESCRITO LIBRE, EN EL CUAL DECLAREN EXPLÍCITAMENTE QUE LOS BIENES Y PARTIDAS OFERTADAS CUMPLEN DE MANERA INTEGRAL CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 (DEMANDA AGREGADA). ESTE CRITERIO APLICARÁ DE MANERA GENERAL Y HOMOGÉNEA PARA LA EVALUACIÓN DE TODAS LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS.	AREA TECNICA
165	1172005	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	2.2 LICENCIAS	FAVOR DE INDICAR SI PARA DAR CUMPLIMIENTO SE PRESENTA MANIFESTACION QUE LOS BIENES	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN:	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

				CUMPLEN CON LA LEY GENERAL DE SALUD Y/O REGLAMENTO Y/O FARMACOEPA Y/O NOM 241 Y/O NOM 137 Y/O NOM 240 SEGÚN CORRESPONDA ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE RESPECTO AL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN III DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, INDICADOS EN EL NUMERAL 2.2 DE LA CONVOCATORIA TIENE UN CARÁCTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO Y ENUNCIATIVO RESPECTO AL MARCO NORMATIVO DE SALUD Y CALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN. POR LO TANTO, NO SE REQUIERE QUE LOS PARTICIPANTES PRESENTEN UN ESCRITO O MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO FORMAL PARA ESTE NUMERAL DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA"	
166	1172006	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	2.2 REGISTRO SANITARIO	FAVOR DE INDICAR SI SE PUEDE REFERENCIAR POR FAMILIA ¿SE ACEPTA?	"NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO (SECCIÓN REGISTRO SANITARIO, PRIMER PÁRRAFO) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, LOS LICITANTES ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTAR LA COPIA DIGITAL Y LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR LA COFEPRIS, EL CUAL DEBERÁ ESTAR "...DEBIDAMENTE REFERENCIADO E IDENTIFICADO CON CLAVE DEL BIEN OFERTADO A 10 DÍGITOS...". POR LO TANTO, AUN CUANDO EL DOCUMENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA AMPARE UNA FAMILIA DE PRODUCTOS, EL PARTICIPANTE DEBERÁ SEÑALAR, SUBRAYAR E IDENTIFICAR CON TOTAL PRECISIÓN EL MODELO, CATÁLOGO Y RENGLÓN ESPECÍFICO QUE CORRESPONDE DE MANERA EXACTA A LA CLAVE A 10 DÍGITOS DE LA PARTIDA EN LA QUE PARTICIPA. NO SE ACEPTARÁN IDENTIFICACIONES GENÉRICAS. SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES."	AREA TECNICA
167	1172007	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	2.2 REGISTRO SANITARIO	FAVOR DE INDICAR SI EL REGISTRO VIENE ACOMPAÑADO DE LA PRORROGA Y LA PRORROGA A SU VEZ YA INDICA LA NUEVA VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO, SI SE OMITE PRESENTAR LA CARTA DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DONDE MANIFIESTA QUE EL TRAMITE DE PRORROGA FUE SOMETIDO EN TIEMPO Y FIRMA ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO (SECCIÓN REGISTRO SANITARIO) DE LA CONVOCATORIA, EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA DE 5 AÑOS, O SE UBIQUE DENTRO DE LOS 150 DÍAS NATURALES PREVIOS A SU VENCIMIENTO, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR DE MANERA OBLIGATORIA, CONJUNTA E INVARIABLE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LOS INCISOS A), B) Y C), POR LO	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					TANTO, NO SE AUTORIZA LA OMISIÓN DE LA CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DEBERÁN APEGARSE EstrictAMENTE A LA LITERALIDAD DE LAS BASES Y EL ANEXO TÉCNICO PARA EVITAR SU DESECHAMIENTO. SE MANTIENE LO SOLICITADO.	
168	1172008	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	2.2 REGISTRO SANITARIO	FAVOR DE INDICAR SI LOS LICITANTES DEBEMOS ADJUNTAR JUNTO CON CADA REGISTRO SANITARIO LA CAPTURA DE PANTALLA DEL RESULTADO DE LA LA CONSULTA EN EL PORTAL DE TRAMITES ELECTRONICOS DE COFEPRIS	SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE NO SE REQUIERE INCLUIR EN LA PROPUESTA TÉCNICA LA CAPTURA DE PANTALLA DEL RESULTADO DE LA CONSULTA EN EL PORTAL DE LA COFEPRIS.DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO, LA VERIFICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS REGISTROS SANITARIOS EN LA CITADA PLATAFORMA ELECTRÓNICA ES UNA FACULTAD EXCLUSIVA DE LA CONVOCANTE DURANTE LA ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES. LOS LICITANTES ÚNICAMENTE DEBERÁN CUMPLIR DE MANERA Estricta CON LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LAS BASES.	AREA TECNICA
169	1172009	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	2.2 REGISTRO SANITARIO	FAVOR DE ACEPTAR PARA AQUELLOS BIENES QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO LISTADO DOF ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. EL ACUERDO DEL DOF CONTEMPLA DENOMINACIONES GENÉRICAS QUE NO GARANTIZAN EL GRADO MÉDICO, LA ESTERILIDAD NI LA BIOCOMPATIBILIDAD REQUERIDA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES. PARA EVITAR RIESGOS SANITARIOS, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR INVARIABLEMENTE EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE O EL OFICIO DE EXCEPCIÓN INDIVIDUAL EMITIDO POR COFEPRIS, DONDE SE VALIDE FORMALMENTE QUE LA MARCA Y MODELO OFERTADO SON APTOS PARA USO HOSPITALARIO. SE MANTIENE LO SOLICITADO.	AREA TECNICA
170	1172010	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	CARTA RESPALDO	FAVOR DE INDICAR EL PERIODO DE GARANTIA REQUERIDO POR LA CONVOCANTE	REFERENTE AL PERIODO DE GARANTÍA QUE SE REFIERE DEBERÁ CONSIDERAR LO INDICADO EN EL NUMERAL 5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES: 5. CADUCIDADES DEL BIEN. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES UN ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO, FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, EL CUAL GARANTICE QUE	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					EL PERIODO DE CADUCIDAD DE LOS BIENES QUE ENTREGARÁ NO SERÁ MENOR A 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE ESTOS. • LOS PROVEEDORES PODRÁN ENTREGAR BIENES CON UNA CADUCIDAD MÍNIMA HASTA DE 9 (NUEVE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE ESTOS, SIEMPRE Y CUANDO ENTREGUEN UNA CARTA COMPROMISO EN LA CUAL SE OBLIGUEN A CANJEAR DENTRO DEL PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES, SIN COSTO ALGUNO PARA EL INSTITUTO, AQUELLOS BIENES QUE NO SEAN CONSUMIDOS DENTRO DE SU VIDA ÚTIL. • SE PODRÁ CONSIDERAR UNA CADUCIDAD MENOR A 9 (NUEVE) MESES, CUANDO SE ACREDITE QUE LOS BIENES TIENEN UNA VIDA ÚTIL MENOR A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN, PARA EL CASO DEL IMSS SE REQUERIRÁ DICTAMEN EMITIDO POR LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS.	
171	1172011	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	2.3 MARBETES	FAVOR DE INDICAR QUE EN CASO DE PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS, NO SE REQUIEREN LOS MARBETES ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA SU INQUIETUD. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.3 (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA) DEL ANEXO TÉCNICO, SE PRECISAN LOS SIGUIENTES CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS: PARA LOS BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO: SÍ ES OBLIGATORIO ANEXAR LA IMAGEN GRÁFICA, MARBETE O RÓTULO DE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO TERMINADO (O CONTRAETIQUETA CONFORME A LA NOM-137-SSA1-2008) EN IDIOMA ESPAÑOL, DEBIDAMENTE IDENTIFICADA O REFERENCIADA CON LA CLAVE DEL BIEN OFERTADO A 10 DÍGITOS. PARA LOS BIENES QUE SÍ REQUIEREN REGISTRO SANITARIO: LA PRESENTACIÓN DE LA ETIQUETA, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS O MANUALES DE USO APLICA DE FORMA GENERAL. PARA TODOS LOS LICITANTES, CON LA FINALIDAD DE ACREDITAR ANALÍTICAMENTE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA CÉDULA DESCRIPTIVA QUE NO SE	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					DESPRENDAN EN SU TOTALIDAD DEL PROPIO REGISTRO SANITARIO. EN TODOS LOS CASOS, LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE SOPORTE QUE SE ANEXE DEBERÁ EXHIBIRSE EN IDIOMA ESPAÑOL Y ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA CON LA CLAVE DEL BIEN A 10 DÍGITOS; DE LO CONTRARIO, NO SERÁ OBJETO DE EVALUACIÓN TÉCNICA. SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES.	
172	1172012	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	2.3 ETIQUETA	FAVOR DE INDICAR QUE EN CASO DE PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS, NO SE REQUIERE PRESENTAR IMAGEN DE LA ETIQUETA ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA SU INQUIETUD. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.3 (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA) DEL ANEXO TÉCNICO, SE PRECISAN LOS SIGUIENTES CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS: PARA LOS BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO: SÍ ES OBLIGATORIO ANEXAR LA IMAGEN GRÁFICA, MARBETE O RÓTULO DE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO TERMINADO (O CONTRAETIQUETA CONFORME A LA NOM-137-SSA1-2008) EN IDIOMA ESPAÑOL, DEBIDAMENTE IDENTIFICADA O REFERENCIADA CON LA CLAVE DEL BIEN OFERTADO A 10 DÍGITOS. PARA LOS BIENES QUE SÍ REQUIEREN REGISTRO SANITARIO: LA PRESENTACIÓN DE LA ETIQUETA, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS O MANUALES DE USO APLICA DE FORMA GENERAL. PARA TODOS LOS LICITANTES, CON LA FINALIDAD DE ACREDITAR ANALÍTICAMENTE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA CÉDULA DESCRIPTIVA QUE NO SE DESPRENDAN EN SU TOTALIDAD DEL PROPIO REGISTRO SANITARIO. EN TODOS LOS CASOS, LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE SOPORTE QUE SE ANEXE DEBERÁ EXHIBIRSE EN IDIOMA ESPAÑOL Y ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADA CON LA CLAVE DEL BIEN A 10 DÍGITOS; DE LO CONTRARIO, NO SERÁ OBJETO DE EVALUACIÓN TÉCNICA. SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES.	AREA TECNICA
173	1172013	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO	2.3 FICHAS TECNICAS O	FAVOR DE INDICAR SI SE PUEDEN REFERENCIAR POR FAMILIA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
 Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
 Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

		MEDICO SA DE CV	CATALOGOS		DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO (SECCIÓN REGISTRO SANITARIO, PRIMER PÁRRAFO) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, LOS LICITANTES ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTAR LA COPIA DIGITAL Y LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR LA COFEPRIS, EL CUAL DEBERÁ ESTAR "...DEBIDAMENTE REFERENCIADO E IDENTIFICADO CON CLAVE DEL BIEN OFERTADO A 10 DÍGITOS...". POR LO TANTO, AUN CUANDO EL DOCUMENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA AMPARE UNA FAMILIA DE PRODUCTOS, EL PARTICIPANTE DEBERÁ SEÑALAR, SUBRAYAR E IDENTIFICAR CON TOTAL PRECISIÓN EL MODELO, CATÁLOGO Y RENGLÓN ESPECÍFICO QUE CORRESPONDE DE MANERA EXACTA A LA CLAVE A 10 DÍGITOS DE LA PARTIDA EN LA QUE PARTICIPA. NO SE ACEPTARÁN IDENTIFICACIONES GENÉRICAS. SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LAS BASES.	
174	1172014	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	3.2 OFERTA SUBSECUENTE DE DESCUENTO	FAVOR DE INDICAR QUE PARA ESTE PROCEDIMIENTO NO APLICA ESA MODALIDAD DE ASIGNACIÓN ¿ES CORRECTO?	APLICARA LA OFERTA SUBSECUENTE DE DESCUENTO SIEMPRE Y CUANDO EXISTA COMPETENCIA SUFICIENTE CON RESPECTO A LOS BIENES COMO LO INDICA EL ARTICULO 40 FRACCION XV DE LA LAASSP EN CORRELACION LOS ARTICULOS 61 Y 63 DE SU REGLAMENTO.	AREA CONTRATANTE
175	1172015	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	ANEXO TECNICO	FAVOR DE INDICAR SI PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ANEXO SE PUEDE TRANSCRIBIR EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE, FIRMANDO AL CALCE DEL DOCUMENTO ¿ES CORRECTO?	SE DESECHA SU PREGUNTA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 90, DE SU REGLAMENTO, QUE INDICA QUE "LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, INDICANDO EL NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO CON EL CUAL SE RELACIONA. LAS SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS, PODRÁN SER DESECHADAS POR LA CONVOCANTE."	AREA TECNICA
176	1172016	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	TÉRMINOS Y CONDICIONES	FAVOR DE INDICAR SI PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ANEXO SE PUEDE TRANSCRIBIR EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE, FIRMANDO AL CALCE DEL DOCUMENTO ¿ES CORRECTO?	SE DESECHA SU PREGUNTA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 90, DE SU REGLAMENTO, QUE INDICA QUE "LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR	AREA TECNICA





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

					DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, INDICANDO EL NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO CON EL CUAL SE RELACIONA. LAS SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS, PODRÁN SER DESECHADAS POR LA CONVOCANTE."	
177	1172017	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	ANEXO T4 Y ANEXO 11	FAVOR DE INDICAR SI SE PRESENTAR AMBOS FORMATOS COMO CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE ACLARA A TODOS LOS LICITANTES QUE SÍ SE ACEPTARÁ LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE EN FORMATO LIBRE. PARA TAL EFECTO, LOS PARTICIPANTES PODRÁN OPTAR POR UTILIZAR EL FORMATO SUGERIDO EN EL ANEXO T4 DE LA CONVOCATORIA O PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE, SIEMPRE Y CUANDO ESTE ÚLTIMO CUMPLA DE MANERA INTEGRAL CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN Y VALIDACIÓN TÉCNICA SOLICITADOS EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE DEL ANEXO TÉCNICO. ESTE CRITERIO APLICARÁ DE FORMA HOMOGÉNEA PARA LA EVALUACIÓN DE TODAS LAS PROPUESTAS.	AREA TECNICA





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

000030



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO III ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026**

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

PETICIÓN DEL AREA REQUIRENTE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA, ANEXO TECNICO Y TERMINOS Y CONDICIONES.

• ANEXO TÉCNICO

DICE:

f) Norma o Especificación Técnica que deben cumplir los bienes. (4.24.3 inciso e de las POBALINES)

.....

CARTA DE RESPALDO

(REQUISITO OBLIGATORIO ÚNICAMENTE PARA LICITANTES QUE NO SEAN LOS TITULARES DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTES DIRECTOS DE LOS BIENES).

PARA DAR CUMPLIMIENTO TÉCNICO, EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR UNA CARTA EN PAPEL MEMBRETADO, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O DEL FABRICANTE, QUE CONTENGA DE FORMA EXPLÍCITA LO SIGUIENTE:

.....

DEBE DECIR:

.....

f) Norma o Especificación Técnica que deben cumplir los bienes. (4.24.3 inciso e de las POBALINES)

.....

CARTA DE RESPALDO

(REQUISITO OBLIGATORIO ÚNICAMENTE PARA LICITANTES QUE NO SEAN LOS TITULARES DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTES DIRECTOS DE LOS BIENES).

PARA DAR CUMPLIMIENTO TÉCNICO, EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR UNA CARTA EN PAPEL MEMBRETADO, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, **DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR, INDICADOS EN EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDIENTE**, QUE CONTENGA DE FORMA EXPLÍCITA LO SIGUIENTE:

.....





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO III ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

• TERMINOS Y CONDICIONES

DICE:

7. Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe aplicarse al bien a contratar. (4.24.4 inciso d) de las POBALINES).

.....

CARTA DE RESPALDO

APLICABLE, EN CASO DE QUE NO SE SEA TITULAR DEL O LOS REGISTROS SANITARIOS O FABRICANTE DE LOS BIENES, DEBERÁ CONSIDERAR QUE PARA EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEBERÁ INCORPORAR ESCRITO DEL (LOS) TITULAR (ES) DEL (LOS) REGISTRO (S) SANITARIO (S), O FABRICANTE (S) EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN LA QUE MANIFIESTE:

- LA CLAVE Y REGISTRO QUE RESPALDA
- SE INDIQUE EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
- LA CANTIDAD DE BIENES CON LOS QUE RESPALDA LA PROPUESTA DEL LICITANTE,
- GARANTIZAR LA ENTREGA DE INSUMOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, POR LA CANTIDAD O PORCENTAJE QUE SE RESPALDA.
- CUMPLIR CON EL PLAZO DE GARANTÍA DE LOS INSUMOS PARA LA SALUD.
- QUE LA O LAS CARTAS DE RESPALDO CUBRAN EL 100% DE LA CANTIDAD MÁXIMA REQUERIDA POR PARTIDA.

.....

DEBE DECIR:

7. Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe aplicarse al bien a contratar. (4.24.4 inciso d) de las POBALINES).

.....

CARTA DE RESPALDO

APLICABLE, EN CASO DE QUE NO SE SEA TITULAR DEL O LOS REGISTROS SANITARIOS O FABRICANTE DE LOS BIENES, DEBERÁ CONSIDERAR QUE PARA EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEBERÁ INCORPORAR ESCRITO DEL (LOS) TITULAR (ES) DEL (LOS) REGISTRO (S) SANITARIO (S), FABRICANTE (S) O **DISTRIBUIDOR (ES), INDICADOS EN EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDIENTE**, EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN LA QUE MANIFIESTE:

- LA CLAVE Y REGISTRO QUE RESPALDA
- SE INDIQUE EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
- LA CANTIDAD DE BIENES CON LOS QUE RESPALDA LA PROPUESTA DEL LICITANTE,
- GARANTIZAR LA ENTREGA DE INSUMOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, POR LA CANTIDAD O PORCENTAJE QUE SE RESPALDA.
- CUMPLIR CON EL PLAZO DE GARANTÍA DE LOS INSUMOS PARA LA SALUD.
- QUE LA O LAS CARTAS DE RESPALDO CUBRAN EL 100% DE LA CANTIDAD MÁXIMA REQUERIDA POR PARTIDA.





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
 Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
 Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO III **ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA**

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

• CONVOCATORIA

DICE:

.....

2.1. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS:

.....

CARTA DE RESPALDO

APLICABLE, EN CASO DE QUE NO SE SEA TITULAR DEL O LOS REGISTROS SANITARIOS O FABRICANTE DE LOS BIENES, DEBERÁ CONSIDERAR QUE PARA EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEBERÁ INCORPORAR ESCRITO DEL (LOS) TITULAR (ES) DEL (LOS) REGISTRO (S) SANITARIO (S), O FABRICANTE (S) EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN LA QUE MANIFIESTE:

- LA CLAVE Y REGISTRO QUE RESPALDA
- SE INDIQUE EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
- LA CANTIDAD DE BIENES CON LOS QUE RESPALDA LA PROPUESTA DEL LICITANTE,
- GARANTIZAR LA ENTREGA DE INSUMOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, POR LA CANTIDAD O PORCENTAJE QUE SE RESPALDA.
- CUMPLIR CON EL PLAZO DE GARANTÍA DE LOS INSUMOS PARA LA SALUD.
- QUE LA O LAS CARTAS DE RESPALDO CUBRAN EL 100% DE LA CANTIDAD MÁXIMA REQUERIDA POR PARTIDA.

.....

DEBE DECIR:

.....

CARTA DE RESPALDO

APLICABLE, EN CASO DE QUE NO SE SEA TITULAR DEL O LOS REGISTROS SANITARIOS O FABRICANTE DE LOS BIENES, DEBERÁ CONSIDERAR QUE PARA EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEBERÁ INCORPORAR ESCRITO DEL (LOS) TITULAR (ES) DEL (LOS) REGISTRO (S) SANITARIO (S), FABRICANTE (S) **O DISTRIBUIDOR (ES), INDICADOS EN EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDIENTE** EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN LA QUE MANIFIESTE:

- LA CLAVE Y REGISTRO QUE RESPALDA
- SE INDIQUE EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
- LA CANTIDAD DE BIENES CON LOS QUE RESPALDA LA PROPUESTA DEL LICITANTE,
- GARANTIZAR LA ENTREGA DE INSUMOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, POR LA CANTIDAD O PORCENTAJE QUE SE RESPALDA.
- CUMPLIR CON EL PLAZO DE GARANTÍA DE LOS INSUMOS PARA LA SALUD.
- QUE LA O LAS CARTAS DE RESPALDO CUBRAN EL 100% DE LA CANTIDAD MÁXIMA REQUERIDA POR PARTIDA.

.....





**Gobierno de
México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA**
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO III ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026**

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

• ANEXO TECNICO

DICE:

ANEXO T1. REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 379 (CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO)

PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRES	CANT	TIPO	CUCOP+	CANT MIN	CANT MAX
1	379	103	0574	00	00	BOQUILLA SPIRETTE PARA ESPIROMETRIA, DESECHABLE, FABRICADA DE POLIETILENO LINEALDE BAJA DENSIDAD, DIMENSIONES: 25 MM DE ALTO X 38 MM DE ANCHO X 140 MM DE PROFUNDIDAD, PESO DE 8 GRAMOS. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 2050-1. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESPIROMETRO COMPUTARIZADO CONNEUMOTACOGRAFO. CLAVE: 531.361.0171. MARCA: NDD. MODELO: EASYONE, EASY ON-PC, EASYONE PRO, EASYONE PRO LAB.	CJA	50	PZA	25401-0575	20	48

44	379	903	3901	00	01	TUBO CORRUGADO DESECHABLE 22MM DE DIAMETRO LONGITUD 170-179CM. PRESENTACION: CAJA CON 10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: P1DD00121. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.641.0082 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO. MARCA: IDEM.MODELO: HUMIDEM CT.	CJA	10	PZA	25501-0046	237	592

NOTA: DENTRO SU PROPUESTA DEBERÁ COTIZAR POR EL TOTAL DE LA CANTIDAD LAS PARTIDAS.

DEBE DECIR:

ANEXO T1. REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 379 (CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO)

PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRES	CANT	TIPO	CUCOP+	CANT MIN	CANT MAX
1	379	103	0574	00	00	BOQUILLA SPIRETTE PARA ESPIROMETRIA, DESECHABLE, FABRICADA DE POLIETILENO LINEALDE BAJA DENSIDAD, DIMENSIONES: 25 MM DE ALTO X 38 MM DE ANCHO X 140 MM DE PROFUNDIDAD, PESO DE 8 GRAMOS. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 2050-1. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESPIROMETRO COMPUTARIZADO CONNEUMOTACOGRAFO. CLAVE: 531.361.0171. MARCA: NDD. MODELO: EASYONE, EASY ON-PC, EASYONE PRO, EASYONE PRO LAB.	CJA	50	PZA	25401-0575	20	48

44	379	903	3901	00	01	TUBO CORRUGADO DESECHABLE 22MM DE DIAMETRO LONGITUD 170-179CM. PRESENTACION: CAJA CON 10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: P1DD00121. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.641.0082 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO. MARCA: IDEM.MODELO: HUMIDEM CT.	CJA	10	PZA	25501-0046	237	592

NOTA: EN SU PROPUESTA DEBERÁ COTIZAR POR EL TOTAL DE LA CANTIDAD MÁXIMA DE PIEZAS POR PARTIDA, PUDIENDO PARTICIPAR POR UNA O VARIAS PARTIDAS.





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

000034



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO III
ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-106-2026

"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO"

• **CONVOCATORIA**

DICE:

ANEXO NUMERO 1 (UNO)

PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRES	CANT	TIPO	CUCOP+	CANT MIN	CANT MAX
1	379	103	0574	00	00	BOQUILLA SPIRETTE PARA ESPIROMETRIA, DESECHABLE, FABRICADA DE POLIETILENO LINEALDE BAJA DENSIDAD, DIMENSIONES: 25 MM DE ALTO X 38 MM DE ANCHO X 140 MM DE PROFUNDIDAD, PESO DE 8 GRAMOS. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 2050-1. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESPIROMETRO COMPUTARIZADO CON NEUMOTACOGRAFO. CLAVE: 531.361.0171. MARCA: NDD. MODELO: EASYONE, EASY ON-PC, EASYONE PRO, EASYONE PRO LAB.	CJA	50	PZA	25401-0575	20	48

44	379	903	3901	00	01	TUBO CORRUGADO DESECHABLE 22MM DE DIAMETRO LONGITUD 170-179CM. PRESENTACION: CAJA CON 10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: P1DD00121. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.641.0082 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO. MARCA: IDEM.MODELO: HUMIDEM CT.	CJA	10	PZA	25501-0046	237	592

DEBE DECIR:

ANEXO NUMERO 1 (UNO)

PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRES	CANT	TIPO	CUCOP+	CANT MIN	CANT MAX
1	379	103	0574	00	00	BOQUILLA SPIRETTE PARA ESPIROMETRIA, DESECHABLE, FABRICADA DE POLIETILENO LINEALDE BAJA DENSIDAD, DIMENSIONES: 25 MM DE ALTO X 38 MM DE ANCHO X 140 MM DE PROFUNDIDAD, PESO DE 8 GRAMOS. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 2050-1. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESPIROMETRO COMPUTARIZADO CON NEUMOTACOGRAFO. CLAVE: 531.361.0171. MARCA: NDD. MODELO: EASYONE, EASY ON-PC, EASYONE PRO, EASYONE PRO LAB.	CJA	50	PZA	25401-0575	20	48

44	379	903	3901	00	01	TUBO CORRUGADO DESECHABLE 22MM DE DIAMETRO LONGITUD 170-179CM. PRESENTACION: CAJA CON 10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: P1DD00121. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.641.0082 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO. MARCA: IDEM.MODELO: HUMIDEM CT.	CJA	10	PZA	25501-0046	237	592

NOTA: EN SU PROPUESTA DEBERÁ COTIZAR POR EL TOTAL DE LA CANTIDAD MÁXIMA DE PIEZAS POR PARTIDA, PUDIENDO PARTICIPAR POR UNA O VARIAS PARTIDAS.



2026
año de
Margarita Maza