

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026"

En la Ciudad de Mexicali Baja California, siendo las **14:30 horas**, del **11 de Septiembre de 2026,** se reunieron en el aula magna de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicado en Calzada Lázaro Cárdenas #3069 Fraccionamiento Nuevo Mexicali, C.P. 21600, en la ciudad de Mexicali, Baja California los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), y los artículos 90 y 91 de su Reglamento y en el numeral 4 de la convocatoria.

Este acto es presidido por el Ing. Cristofer Félix López, Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios mediante oficio de designación 029001050100/574/2022 de fecha 02 de noviembre de 2022, de conformidad con las facultades conferidas en el artículo 144 fracción XXIII (en caso de OOAD), del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, el numeral 7.1.1.1 del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Administrativos, así como el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS.

Se informa que el presente acto está siendo videograbado, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 6 y 8 de la sección II del "Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF) el 20 de agosto de 2015; y los "Acuerdos por el que se Modifica el Diverso que expide el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones", publicados en el DOF el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017.

Quien preside el acto, es asistido por el Dr. Francisco Javier López Parra.- Coordinador Auxiliar de Atención Médica en Segundo Nivel en calidad de representante del Área Técnica, quien solventara las solicitudes de aclaración de carácter técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, en correlación con los artículos 2, fracción III y 91 fracción III del Reglamento; asimismo, se informa que el Área Contratante, responderá las solicitudes de aclaración de carácter legal y administrativo, cuyos nombres y firmas constan al final del presente documento.

DESARROLLO DEL ACTO

Quien preside, informó que con fundamento en el artículo 44 de la Ley, solamente se atenderán las solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de la Plataforma Compras MX, por si o en representación de un tercero y que se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto; es decir, hasta las **09:00 horas del día 07 de Septiembre de 2026 Tiempo de Baja California.**



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026
"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026"

Acto seguido, quien preside dio inicio señalando que se recibieron en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley, el escrito de interés en participar, a través de la Plataforma Compras MX, de los siguientes licitantes.

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	MANIFIESTO	ACUSE DE SOLICITUDES DE ACLARACIONES	NO. DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN
1	ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	SI	NO	0
2	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	SI	NO	0
3	INTERMET SA DE CV	SI	SI	73
4	KITMEDICO SA DE CV	SI	SI	36
5	PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS Y QUIRURGICOS SA DE CV	SI	SI	3
6	SERVICIOS DE MININVASION SC	SI	NO	0
7	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	SI	NO	0
			TOTAL	112

Tal y como se puede observar en la pantalla de la Plataforma Compras MX, que se adjuntan a la presente como **Anexo I:**

Se hace constar que mediante correo electrónico de fecha 07 de Septiembre del año curso el Mtro. Chistrian Omar Arroyo Manjarrez.- Auditor de la Oficina Regional Número 1 del Órgano Interno de Control del IMSS en Baja California, manifestó que: En seguimiento al acto de la primera junta de aclaraciones del procedimiento de Licitación Pública Número **LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026 para la Contratación del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión para el ejercicio 2026,** con fundamento en el artículo 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, párrafo quinto del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Derivado de la verificación a las solicitudes de aclaración presentadas por parte de la proveeduría a través de la Plataforma de Compras MX, y al constatar que **3 Licitantes presentaron** solicitudes de aclaración, las cuales se tienen por reproducidas en el acta respectiva.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026"

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 43 y 44 de la LAASSP; 91 fracciones II y III de su reglamento, se solicita a los representantes del área contratante, área requirente y/o técnica, en el ámbito de sus facultades **a dar respuesta de forma clara y precisa a la dudas y planteamientos de los licitantes INTERMET SA DE CV, KITMEDICO SA DE CV, PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS Y QUIRURGICOS SA DE CV.** relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y sus anexos.

Finalmente, con fundamento en el artículo 43 de la LAASSP, se solicita a las personas representantes del área contratante, área requirente y/o técnica, en el ámbito de sus facultades y responsabilidades en caso de **modificaciones susceptibles de realizarse a los aspectos establecidos en la convocatoria, en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características;** siendo todo lo que desea manifestar.

De conformidad con los artículos 35 antepenúltimo párrafo de la Ley y 90 de su Reglamento, a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES

Acto seguido, quien preside el acto, solicita a los presentes la dispensa de su lectura dado el volumen de las solicitudes de aclaración y se adjunta como si a la letra se insertara, como **Anexo II** de la presente acta.

PRECISIONES A LA CONVOCATORIA

Quien preside el acto, consulto al representante del área técnica si era su deseo efectuar alguna precisión a la convocatoria, a lo que el área requirente manifiesta que SI existen precisiones de carácter técnico a la convocatoria, el área convocante manifiesta que NO existen precisiones de carácter legal-administrativo y se adjunta como si a la letra se insertara, como **Anexo III** de la presente acta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91 fracción I del Reglamento, a través de la presente se envían por la Plataforma Compras MX las respuestas emitidas a las solicitudes de aclaración; asimismo, se informa a los licitantes que se otorga un plazo de **6 horas** contados a partir de la publicación de la presente acta, para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias en relación con las precisiones y respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo a que se refiere dicho precepto. Una vez que sean recibidas las preguntas a las precisiones y respuestas dadas a los cuestionamientos. Se dará a conocer las respuestas a las preguntas (repreguntas) recibidas a las **15:00 horas del día 14 de Septiembre de 2026.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026"

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento, así como sus respectivos anexos y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como en el antepenúltimo párrafo del punto 4 de la convocatoria se pondrá una copia al finalizar el acto a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el tablero de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, ubicada en el Almacén Delegacional, con domicilio en Calzada Lázaro Cárdenas #3069 Fraccionamiento Nuevo Mexicali, C.P. 21600 Mexicali, Baja California, por un término no menor a 5 días hábiles, así mismo, se difundirá un ejemplar del acta en la Plataforma Compras MX para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al (los) acto(s), en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las **14:36 horas** del día **11 de Septiembre de 2026**, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta, quienes reciben copia de la misma.

Esta acta consta de 04 fojas útiles y 3 (tres) anexos constantes de 72 fojas.

----------**FIN DE TEXTO** ----------

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Ing. Cristofer Félix López.- Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	Firmada Electrónicamente mediante Firma Electrónica Avanzada (e.firma)
Lic. Melissa Marlen Solano Correa.- Jefa de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Lic. Diego Emilio Hernández Rodríguez Supervisor de Proyectos E2	


Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO I
PANTALLA DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026"



Procedimiento LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

Código del expediente: E-2026-[illegible]
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026
Estatus del procedimiento de contratación: EN ACLARACIONES
Código interno del procedimiento: P-2026-[illegible]
Nombre del procedimiento de contratación: SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026
Licitantes que han presentado propuestas: 0

Datos Generales | Procedimientos | [illegible] | Estatus de partidas

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Fecha y hora de junta de aclaraciones *: 08/08/2026 10:00
Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compras MX *: 07/08/2026 10:00

Empresas que han manifestado interés en participar

BUSCAR

Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Identificación	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Representación
1	ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	07/08/2026 09:30	07/08/2026 08:36			
2	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	07/08/2026 11:23	07/08/2026 11:22			
3	INTERMET SA DE CV	03/08/2026 17:43	03/08/2026 22:48			
4	IOTMEDICO SA DE CV	04/08/2026 13:46	04/08/2026 14:09			
5	PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS Y QUIRURGICOS SA DE CV	07/08/2026 09:36	07/08/2026 08:36			
6	SERVICIOS DE MINIMA 3C	05/08/2026 13:23	07/08/2026 09:39			
7	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	04/08/2026 10:08				

100



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
1	INTERMET SA DE CV	2.2 PARTIDAS	LA CONVOCANTE MENCIONA "EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE INTEGRA DE 2 PARTIDAS" . ENTENDEMOS QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE PODRA PARTICIPAR EN UNA O AMBAS PARTIDAS ¿ES CORRECTO NUESTRO ENTENDIMIENTO?	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN DEL LICITANTE, PUEDE OFERTAR UNA O AMBAS PARTIDAS. EL LICITANTE INTERESADO EN CUALQUIER PARTIDA DEBERÁ(N) OFERTAR EL 100% DE LOS PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS Y QUIRURGICOS SA DE CV, EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL Y BIENES DE CONSUMO QUE SE SOLICITEN EN CADA PARTIDA.	AREA TÉCNICA
2	INTERMET SA DE CV	2.10. A OFERTA SUBSECUENTES DE DESCUENTO	ENTENDEMOS QUE LA MODALIDAD DE OFERTA SUBSECUENTE DE DESCUENTO NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ¿ES CORRECTO NUESTRO ENTENDIMIENTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL LICITANTE SE DEBERÁ APEGAR A LO INDICADO EN EL NUMERAL 2.10.A. OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTO DE LA CONVOCATORIA	AREA CONTRATANTE
3	INTERMET SA DE CV	3.2. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN Y PERIODO DE CONTRATACIÓN.	ENTENDEMOS QUE LA VISITA ES DE CARÁCTER OPTATIVO Y NO SERÁ DE CAUSAL DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTO NUESTRO ENTENDIMIENTO?	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN DEL LICITANTE, ES SOLO EN CASO DE QUE LOS LICITANTES DESEEN REALIZAR UNA VISITA A SITIO DE LA(S) UNIDAD(ES) MÉDICA(S) DE LA(S) PARTIDA(S) EN LAS QUE DESEA PARTICIPAR, CON EL PROPÓSITO DE QUE ESTOS IDENTIFIQUEN LAS ÁREAS DONDE SE INSTALARÁN LOS EQUIPOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y LAS ADECUACIONES QUE SERÁN NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE PROPONGA COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA.	AREA TÉCNICA



ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

4	INTERMET SA DE CV	4.2. DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN	LA CONVOCANTE MENCIONA "DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 40 DE LA LAASSP, EL LICITANTE DEBERÁ ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS MX, ATENDIENDO LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LAASSP Y 153 DEL RLAASP, LO CUAL PODRÁN REALIZARLO EN LA SIGUIENTE LIGA: HTTPS://COMPRASMX.BUENGOBIERNO.GOB.MX/REGISTRO-EMPRESAS" . ENTEDEMOS QUE DICHO REGISTRO AL QUE SE HACE REFRENCIA CORRESPONDE AL RUPC ¿ES CORRECTO NUESTRO ENTENDIMIENTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, A LO QUE SE REFIERE EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA ES AL REGISTRO DE PERSONAS FISICAS Y MORALES EN COMPRAS MX, CON LA FINALIDAD DE QUE LA EMPRESA PUEDA PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	AREA CONTRATANTE
5	INTERMET SA DE CV	4.2. DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN	EN CASO DE QUE LAS RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DETALLE EL REGISTRO AL QUE HACE REFERENCIA. FAVOR DE PRONUNCIARSE	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN NÚMERO 4.	AREA CONTRATANTE
6	INTERMET SA DE CV	ANEXO NUMERO 21	ENTENDEMOS QUE EL ANEXO NUMERO 21 ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO REPRESENTA UN REQUISITO A PRESENTAR COMO PARTE DE LA PROPUESTA. ¿ES CORRECTO NUESTRO ENTENDIMIENTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL ANEXO NÚMERO 21 ESTA CORRELACIONADO CON EL NÚMERAL 4.2.1 INCISO Q) AUTORIZACIÓN AL SAT, DONDE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO LIBRE EN DONDE EL LICITANTE MANIFIESTA QUE EN CASO DE CELEBRAR UN CONTRATO Y CUYO MONTO EXCEDA DE $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IVA, AUTORIZA AL SAT A HACER PÚBLICO EL RESULTADO DE SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CFF EN CORRELACIÓN CON LA REGLA 2.1.28. Y 2.1.24 DE RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA	AREA CONTRATANTE

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

				2026, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NÚMERO 21. LA NO PRESENTACIÓN DEL REQUISITO ANTERIOR AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y CUYO INCUMPLIMIENTO U OMISIÓN MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.	
7	INTERMET SA DE CV	"I. ACREDITAMIENTO DE CAPACIDADES DE USO DE OSD	LA CONVOCANTE MENCIONA "A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO CUARTO, NUMERAL OCTAVO DE LOS "LINEAMIENTOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS ELECTRÓNICAS"; LOS LICITANTES DEBERÁN DE ACREDITAR LAS CAPACIDADES DE USO DE LA FUNCIONALIDAD DE OSD DENTRO DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS A TRAVÉS DE UN MANIFIESTO, ANEXO NO. 13 EN EL CUAL SE INDIQUE QUE HAN CONSULTADO EL MATERIAL DE APOYO DISPONIBLE PARA DICHO FIN EN LA SECCIÓN DE CAPACITACIÓN PARA LICITANTES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, DEL PORTAL HTTPS://COMPRASMX.BUENGOBIERNO.GOB.MX." ENTENDEMOS QUE ESTE REQUISITO NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ¿ES CORRECTO NUESTRO ENTENDIMIENTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL LICITANTE DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NÚMERAL 4.2.1 INCISO I) ACREDITAMIENTO DE CAPACIDADES DE USO DE OSD EN CORRELACIÓN CON EL ANEXO NÚMERO 13 DE LA CONVOCATORIA.	AREA CONTRATANTE

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

8	INTERMET SA DE CV	E. MANIFIESTO DE PARTICUALRES	LA CONVOCANTE MENCIONA"ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE EL LICITANTE AFIRME O NIEGUE, VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, LABORALES, PROFESIONALES, PERSONALES O DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD O AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NÚMERO 7. DE LA CONVOCATORIA Y HASTA LA FECHA QUE SE LLEVE A CABO LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. " ENTENDEMOS QUE PARA ACREDITAR ESTE REQUISITO BASTARÁ CON PRESENTAR EL ESCRITO A TRAVES DEL ANEXO NUMERO 7 SIN QUE SEA NECESARIO GENERAR EL MANIFEISTO DE PARTICULARES MISMO QUE SE TRAMITA EN LA PAGINA HTTPS://MANIFIESTO.BUENGOBIERNO.GOB.MX/SMP-WEB/LOGINPAGE.JSF ¿ES CORRECTO NUESTRO ENTENDIMIENTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.	AREA CONTRATANTE
9	INTERMET SA DE CV	2.EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE Y B) ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.	SOLICITAMOS ACEPTEN PRESENTAR CONTRATOS PLURIANUALES APARTIR DEL 2020, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE PODRAN CONTABILIZAR LAS FRACCIONES QUE CORRESPONDAN AL PERIODO 2021-2025, SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, PUEDE PRESENTAR CONTRATOS DE CARÁCTER PLURIANUAL CUYA VIGENCIA INICIE A PARTIR DEL 2020, LA CONVOCANTE SOLO CONSIDERARÁ PARA LA EVALUACIÓN EL PERIODO QUE CORRESPONDA DEL 2021-2025.	AREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

10	INTERMET SA DE CV	B) ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.	INDICAN PRESENTAR AL MENOS 1 CONTRATO Y MÁXIMO 5 CONTRATOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (2021-2025), SOLICITAMOS NOS ACEPTEN PRESENTAR LA CANTIDAD NECESARIA DE CONTRATOS PARA PODER ACREDITAR LA ESPECIALIDAD DEL LICITANTE, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, YA QUE LA PUNTUACIÓN SE ASIGNARÁ A PARTIR DE ESTE MÁXIMO Y SE EFECTUARÁ UN REPARTO PROPORCIONAL DE PUNTUACIÓN ENTRE EL RESTO DE LOS LICITANTES DEBIDO A LOS CONTRATOS ACREDITADOS. SOLO SE ACEPTARÁN 05 CONTRATOS COMO MÁXIMO,	AREA TÉCNICA
11	INTERMET SA DE CV	4. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.	INDICAN PRESENTAR FIANZAS CANCELADAS O ESCRITO DE LIBERACIÓN DE FIANZAS PARA ACREDITAR HABER PRESTADO LOS SERVICIOS DE MANERA SATISFACTORIA Y QUE ESTOS ESTEN RELACIONADOS EN LOS RUBROS NUMERAL 2, INCISOS A) EXPERIENCIA. DEL LICITANTE Y B) ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. SOLICITAMOS ACEPTEN FIANZAS CANCELADAS O ESCRITO DE LIBERACIÓN DE FIANZAS DE CONTRATOS CONCLUIDOS A PARTIR DEL AÑO 2021 AL 2024, YA QUE ÉSTAS SE CANCELAN AL SIGUIENTE AÑO DE HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA, Y EN EL CASO DE CONTRATOS QUE CONCLUYERON EN 2025 AUN NO SE CUENTAN CON FIANZAS CANCELADAS O ESCRITO DE LIBERACIÓN DE FIANZAS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, PUEDE PRESENTAR FIANZAS CANCELADAS O ESCRITO DE LIBERACIÓN DE FIANZAS DE CONTRATOS CONCLUIDOS A PARTIR DEL AÑO 2021 AL 2024, SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA QUE PRESENTE FIANZAS CANCELADAS DE CONTRATOS QUE CONCLUYERON DURANTE EL EJERCICIO 2025.	AREA TÉCNICA
12	INTERMET SA DE CV	EXPERIENCIA DEL LICITANTE	ENTENDEMOS QUE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE SE CONTABILIZARAN CONTRATOS QUE SE HAYAN CELEBRADO DE MANERA SIMULTAENA EN EL MISMO PERIODO DE TIEMPO. ¿ES CORRECTO NUESTRO ENTENDIMIENTO?	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN DEL LICITANTE, PUEDE PRESENTAR PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE, CONTRATOS QUE SE HAYAN CELEBRADO DE MANERA SIMULTÁNEA EN EL MISMO PERIODO DE TIEMPO.	AREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

13	INTERMET SA DE CV	F. POLITICA DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL	LA CONVOCANTE SOLICITA "EL LICITANTE PODRÁ ACREDITAR QUE CUENTA CON UNA POLITICA DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL, PRESENTANDO EL DISTINTIVO DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL OTORGADO POR LA SFP, O EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL (PIE). " SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE DICHO REQUERIMIENTO Y NO SEA UN ELEMENTO A EVALUAR, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL OFICIO NUMERO UPSRC/240/046/2025 EMITIDO EL 28 DE MARZO DE 2025, DONDE SE MANIFIESTA QUE SE SUSPENDE LA OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA "PADRON DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL" REQUERIDA PARA REALIZAR EL DEBIDO REGISTRO, EN EL MARCO DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA SABG. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, EN EL SENTIDO DE QUE SE EMITIERON DISTINTIVOS DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL OTORGADO POR LA SFP ANTERIOR AL 28 DE MARZO DE 2025, FECHA EN LA QUE SE SUSPENDIÓ OPERACIÓN, Y SE DEJARÍA EN DESVENTAJA A LAS EMPRESAS QUE LO OBTUVIERON CON ANTELACIÓN.	AREA TÉCNICA
14	INTERMET SA DE CV	ANEXO T4 CATALOGO DE BCB Y COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA PMI 2026	¿PODEMOS ENTENDER QUE LAS UNIDADES DE MEDIDA INDICADAS EN EL ANEXO T4 PUEDEN EXPRESARSE EN UNA UNIDAD DE MEDIDA DISTINTA, SIEMPRE QUE SE RESPETE LA EQUIVALENCIA CORRESPONDIENTE? POR EJEMPLO: CM - PIES (FT O ') - PULGADA(IN O ") Ó CHARR (CH) - FRENCH (FR) Ó ML - CC ¿ES CORRECTA ESTA INTERPRETACIÓN?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, PUEDE PRESENTAR UNIDAD DE MEDICA DISTINTA, SIEMPRE QUE CUMPLA CON LA EQUIVALENCIA A LA MEDIDA SOLICITA EN LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN DE CONSUMO.	AREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

15	INTERMET SA DE CV	ANEXO T4 CATALOGO DE BCB Y COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA PMI 2026	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SOBRE LAS MEDIDAS DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIOS QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADAS EN CATÁLOGOS, PODRÁN SER ACREDITADAS MEDIANTE COPIA SIMPLE DE CARTA DEL FABRICANTE QUE CONFIRME QUE LAS MEDIDAS SOLICITADAS SON EQUIVALENTES A LAS REFERENCIADAS EN EL CATÁLOGO Y PRESENTADAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, PUEDE PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE QUE CONFIRME QUE LAS MEDIDAS SOLICITADAS SON EQUIVALENTES A LAS REFERENCIADAS EN EL CATÁLOGO Y PRESENTADAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA, SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA QUE REFERENCIE LAS CARACTERÍSTICAS EN LOS CATÁLOGOS.	AREA TÉCNICA
16	INTERMET SA DE CV	ANEXO T4 CATALOGO DE BCB Y COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA PMI 2026	DICE BCB19:CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 3 A 4.5 FR. Y 65CM A 120CM, DE LONGITUD, DE 4 ALAMBRES. Y DIÁMETRO DE CANASTA DE 1 A 2 CM. COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR: BCB19 CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 1.9 A 4.5 FR. Y 65CM A 120CM, DE LONGITUD, DE 4 ALAMBRES. Y DIÁMETRO DE CANASTA DE 1 A 2 CM. COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO. ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, PUEDE OFERTAR PARA EL BCB19 CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 1.9 A 4.5 FR. Y 65CM A 120CM, DE LONGITUD, DE 4 ALAMBRES. Y DIÁMETRO DE CANASTA DE 1 A 2 CM. COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO, SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA QUE OFERTE CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 3 A 4.5 FR. Y 65CM A 120CM, DE LONGITUD, DE 4 ALAMBRES. Y DIÁMETRO DE CANASTA DE 1 A 2 CM. COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO.	AREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

17	INTERMET SA DE CV	ANEXO T4 CATALOGO DE BCB Y COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA PMI 2026	BCB26 DICE: "CARTUCHO 30 A 35, 45, 60 MM., DE LONGITUD CON GRAPAS DE 1.0 A 4.5 MM., DE ALTURA." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: BCB26 CARTUCHO 30 A 35, 45, 60 MM., DE LONGITUD CON GRAPAS DE 2.0 A 4.5 MM., DE ALTURA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, PUEDE OFERTAR PARA EL BCB26 CARTUCHO 30 A 35, 45, 60 MM., DE LONGITUD CON GRAPAS DE 2.0 A 4.5 MM., DE ALTURA SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA QUE OFERTE CARTUCHO 30 A 35, 45, 60 MM., DE LONGITUD CON GRAPAS DE 1.0 A 4.5 MM., DE ALTURA.	AREA TÉCNICA
18	INTERMET SA DE CV	ANEXO T4 CATALOGO DE BCB Y COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA PMI 2026	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE BCB: BCB53- ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 0.5 A 0.8 MM., Y LONGITUD 100 A 110 MM. O ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 0.5 A 0.8 MM., Ó 0.5 A 1.5 MM Y LONGITUD 100 A 110 MM. ASIGNADO EN EL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO. NOS PERMITA OFERTAR: BCB53 ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 0.5 A 0.8 MM., Y LONGITUD 100 A 110 MM. O ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 0.5 A 0.8 MM., Ó 0.5 A 1.5 MM Y LONGITUD 100 A 110 MM.. O ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 2 A 3 MM Y LONGITUD 100 A 110 MM. ESTO SI AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE DEBE OFERTAR PARA EL BCB53 ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 0.5 A 0.8 MM., Y LONGITUD 100 A 110 MM. O ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 0.5 A 0.8 MM., Ó 0.5 A 1.5 MM Y LONGITUD 100 A 110 MM. SE REQUIERE EL ELECTRODO CON LAS MEDIDAS SOLICITADAS DE 0.5 A 0.8 MM, EL DIÁMETRO DE 2 A 3 MM QUE PROPONE COMO OPCIÓN EL LICITANTE NO ES FUNCIONAL PARA LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE NARIZ.	AREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

19	INTERMET SA DE CV	ANEXO T4 CATALOGO DE BCB Y COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA PMI 2026	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE BCB: BCB82- MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES./ O MALLA DE POLIPROPILENO 15 A 30 X 15 A 30 CM PARA SU POSIBLE INCLUSIÓN Y/O MODIFICACIÓN./ O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES./ O MALLA QUIRURGICA DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE DE 25 A 35CM X 25 A 35CM NOS PERMITA OFERTAR: BCB82- MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES./ O MALLA DE POLIPROPILENO 15 A 30 X 15 A 30 CM PARA SU POSIBLE INCLUSIÓN Y/O MODIFICACIÓN./ O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES./ O MALLA QUIRURGICA DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE DE 25 A 35CM X 25 A 35.5CM ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES	EL LICITANTE OFERTA EL BCB82, CON LAS CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS SOLICITADAS, SE ACEPTA LA PROPUESTA. MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES./ O MALLA DE POLIPROPILENO 15 A 30 X 15 A 30 CM PARA SU POSIBLE INCLUSIÓN Y/O MODIFICACIÓN./ O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES./ O MALLA QUIRURGICA DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE DE 25 A 35CM X 25 A 35CM.	AREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

			¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?		
20	INTERMET SA DE CV	ANEXO T4 CATALOGO DE BCB Y COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA PMI 2026	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: CLAVE- 10.02.902 FRESA CORTANTE O ESFÉRICA O CILINDRICA PARA HUESO DURO Y CARTÍLAGO DE 3.0 A 4.0 MM., DIÁMETRO POR 10.5 A 12.5 CM., DE LONGITUD. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CLAVE- 10.02.902 FRESA CORTANTE O ESFÉRICA O CILINDRICA PARA HUESO DURO Y CARTÍLAGO Ó PARA PERFORACIÓN DE SENOS PARANASALES DE 3.0 A 4.0 MM., DIÁMETRO POR 10.5 A 12.5 CM., DE LONGITUD.	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, PUEDE OFERTAR CLAVE- 10.02.902 FRESA CORTANTE O ESFÉRICA O CILINDRICA PARA HUESO DURO Y CARTÍLAGO Ó PARA PERFORACIÓN DE SENOS PARANASALES DE 3.0 A 4.0 MM., DIÁMETRO POR 10.5 A 12.5 CM., DE LONGITUD. SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA QUE OFERTE 10.02.902 FRESA CORTANTE O ESFÉRICA O CILINDRICA PARA HUESO DURO Y CARTÍLAGO DE 3.0 A 4.0 MM., DIÁMETRO POR 10.5 A 12.5 CM., DE LONGITUD	AREA TÉCNICA



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

			ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, ¿SE ACEPTA?		
21	INTERMET SA DE CV	ANEXO T4 CATALOGO DE BCB Y COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA PMI 2026	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: CLAVE- 10.02.903 FRESA PARA HUESO DE 4.0 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CLAVE- 10.02.903 FRESA PARA HUESO DE 3.6 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD. ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DEBE OFERTAR EL INSUMO CON LAS MEDIDAS SOLICITADAS DE 4.0 A 4.5 MM	AREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

22	INTERMET SA DE CV	ANEXO T4 CATALOGO DE BCB Y COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA PMI 2026	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: CLAVE- 10.04.922 CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 3 A 4.5 FR. X 65 A 90 CM., DE LONGITUD, DIÁMETRO DE 1 A 2 CM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CLAVE- 10.04.922 CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 1.9 A 4.5 FR. X 65 A 120 CM., DE LONGITUD, DIÁMETRO DE 1 A 2 CM. ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, PUEDE OFERTAR CLAVE- 10.04.922 CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 1.9 A 4.5 FR. X 65 A 120 CM., DE LONGITUD, DIÁMETRO DE 1 A 2 CM SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA QUE OFERTE 10.04.922 CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 3 A 4.5 FR. X 65 A 90 CM., DE LONGITUD, DIÁMETRO DE 1 A 2 CM	AREA TÉCNICA
23	INTERMET SA DE CV	ANEXO T4 CATALOGO DE BCB Y COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA PMI 2026	DICE, BCB96: PUNTA DE RASURADOR AGRESIVA O SEMIAGRESIVA PARA APLICACIONES EN RESECCIÓN DE TEJIDO BLANDO DESDE 2MM HASTA 4.0 MM O FRESA OVALADA PARA RESECCIÓN AGRESIVA DE HUESO DESDE 2 MM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVACANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB96: PUNTA DE RASURADOR AGRESIVA O SEMIAGRESIVA PARA APLICACIONES EN RESECCIÓN DE TEJIDO BLANDO DESDE 2MM HASTA 4.5 MM O FRESA OVALADA PARA RESECCIÓN AGRESIVA DE HUESO DESDE 2 MM. ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, PUEDE OFERTAR BCB96: PUNTA DE RASURADOR AGRESIVA O SEMIAGRESIVA PARA APLICACIONES EN RESECCIÓN DE TEJIDO BLANDO DESDE 2MM HASTA 4.5 MM O FRESA OVALADA PARA RESECCIÓN AGRESIVA DE HUESO DESDE 2 MM. SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA QUE OFERTE BCB96: PUNTA DE RASURADOR AGRESIVA O SEMIAGRESIVA PARA APLICACIONES EN RESECCIÓN DE TEJIDO BLANDO DESDE 2MM HASTA 4.0 MM O FRESA OVALADA PARA RESECCIÓN AGRESIVA DE HUESO DESDE 2 MM.	AREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

24	INTERMET SA DE CV	ANEXO T4 CATALOGO DE BCB Y COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA PMI 2026	DICE, BCC 10.01.904: TORNILLO DE BIOTENODESIS O SIMILAR, COMPUESTO O BIOCOMPATIBLE O ABSORBIBLE DE DIVERSAS MEDIDAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVACANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCC 10.01.904: TORNILLO DE BIOTENODESIS O SIMILAR, COMPUESTO O BIOCOMPATIBLE O ABSORBIBLE O BIOCOMPOSITE DE DIVERSAS MEDIDAS. DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE CADA FABRICANTE. ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, PUEDE OFERTAR BCC 10.01.904: TORNILLO DE BIOTENODESIS O SIMILAR, COMPUESTO O BIOCOMPATIBLE O ABSORBIBLE O BIOCOMPOSITE DE DIVERSAS MEDIDAS. DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE CADA FABRICANTE SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA QUE OFERTE BCC 10.01.904: TORNILLO DE BIOTENODESIS O SIMILAR, COMPUESTO O BIOCOMPATIBLE O ABSORBIBLE DE DIVERSAS MEDIDAS	AREA TÉCNICA
25	INTERMET SA DE CV	FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR EL FORMATO T21 BCB Y T21 INSTRUMENTAL POR ID_BCB O CLAVE CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO EN CUESTIÓN. ESTO CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA DUPLICIDAD DE DOCUMENTOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, PUEDE PRESENTAR LA PROPUESTA POR ID_BCB O CLAVE CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO.	AREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

26	INTERMET SA DE CV	ANEXO T4 CATALOGO DE BCB Y COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA PMI 2026	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE BCB: DICE: BCB53- ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 0.5 A 0.8 MM., Y LONGITUD 100 A 110 MM. O ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 0.5 A 0.8 MM., Ó 0.5 A 1.5 MM Y LONGITUD 100 A 110 MM. BCB53- ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 0.5 A 1.5 MM, Y LONGITUD 100 A 110 MM DEBEMOS ENTENDER QUE ES CORRECTO UTILIZAR CUALQUIERA DE ESTAS DOS DESCRIPCIONES MENCIONADAS EN EL ANEXO T4 PARA CUBRIR CON LA CLAVE BCB53 PARA EL FORMATO T21 ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE CONFIRMA AL LICITANTE QUE SE DEBE OFERTAR PARA EL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO. BCB53 ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 0.5 A 0.8 MM., Y LONGITUD 100 A 110 MM. O ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 0.5 A 0.8 MM., Ó 0.5 A 1.5 MM Y LONGITUD 100 A 110 MM. PARA EL PROCEDIMIENTO 10.02.103 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS PEDIÁTRICA. BCB53 ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 0.5 A 1.5 MM, Y LONGITUD 100 A 110 MM. LA DIFERENCIA RADICA EN QUE PARA EL ADULTO ESTA LA OPCIÓN DE UTILIZAR LA MEDIDA PEDIÁTRICA. EN ESE SENTIDO SE DEBEN OFERTAR AMBAS MEDIDAS.	AREA TÉCNICA
27	INTERMET SA DE CV	ANEXO T4 CATALOGO DE BCB Y COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA PMI 2026	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE BCB: DICE: BCB69- FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA, LONGITUD DE 240 CM., O MAYOR, ESTÉRIL. BCB69- FUNDA PARA CABEZAL ESTÉRIL DEBEMOS ENTENDER QUE ES CORRECTO UTILIZAR CUALQUIERA DE ESTAS DOS DESCRIPCIONES MENCIONADAS EN EL ANEXO T4	SE CONFIRMA AL LICITANTE QUE SE DEBE OFERTAR BCB69- FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA, LONGITUD DE 240 CM., O MAYOR, ESTÉRIL.	AREA TÉCNICA

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

			PARA CUBRIR CON LA CLAVE BCB69 PARA EL FORMATO T21 ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		
28	INTERMET SA DE CV	ANEXO T4 CATALOGO DE BCB Y COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA PMI 2026	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE BCB: DICE: BCB93- PLACA DE PACIENTE ADULTO. BCB93- PLACA DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO O NEONATAL, SEGÚN CORRESPONDA. DEBEMOS ENTENDER QUE ES CORRECTO UTILIZAR CUALQUIERA DE ESTAS DOS DESCRIPCIONES MENCIONADAS EN EL ANEXO T4 PARA CUBRIR CON LA CLAVE BCB93 EN EL FORMATO T21 ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE CONFIRMA AL LICITANTE QUE PARA EL PROCEDIMIENTO 10.02.103 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS PEDIÁTRICA, DEBE OFERTAR BCB93 PLACA DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO O NEONATAL, SEGÚN CORRESPONDA. PARA LOS PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS Y QUIRURGICOS SA DE CV DE ADULTO DEBE OFERTAR BCB93- PLACA DE PACIENTE ADULTO.	AREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

29	INTERMET SA DE CV	FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TECNICO/DOCUMENTAL	DE ACUERDO AL ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA PMI 2026; LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.04.011 RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA/VEJIGA RTUP/RTUV/RTUC SOLAMENTE REQUIERE EL BCB123-SOLUCIÓN SALINA ESTÉRIL 3000 ML, POR ELLO, DEBEMOS ENTENDER QUE LA CLAVE BCB17-SOLUCION SALINA 0.9% 3000 CC SE TRATA DE UN ERROR Y QUE PODRA SER OMITIDA, DEJANDO DE ESTA FORMA SOLAMENTE LA CLAVE BCB123. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PARA OFERTAR LA PROPUESTA TÉCNICA EN EL FORMATO T21, EL LICITANTE DEBERÁ APEGARSE AL ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO DE SMI. LA DESCRIPCIÓN DEL BCB 17 PARA LA PARTIDA 02 ES BOTÓN DE REPUESTO O RECAMBIO SEGÚN CALIBRE SOLICITADO (24 FR.). DE DIFERENTES LONGITUDES 0.8 A 3.5 CMS. LA DESCRIPCIÓN PARA LA PARTIDA 1 DEL BCB123 ES SOLUCIÓN SALINA ESTÉRIL 3000 ML.	AREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

30	INTERMET SA DE CV	ANEXO T4 CATALOGO DE BCB Y COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA PMI 2026	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR LO SIGUIENTE RESPECTO A LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.04.011 RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA/VEJIGA (RTUP/RTUV/RTUC). DE ACUERDO CON NUESTRA EXPERIENCIA TÉCNICA, LA REALIZACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO REQUIERE DE MANERA INDISPENSABLE EL SIGUIENTE BIEN DE CONSUMO BÁSICO, EL CUAL NO SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL CATÁLOGO CORRESPONDIENTE A DICHA CLAVE: BCB124 – SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE LÁTEX RECUBIERTA DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, TIPO FOLEY DE TRES VÍAS. CALIBRES: 20 A 24 FR. PRESENTAR CALIBRES INTERMEDIOS. ENTENDEMOS QUE LA OMISIÓN DE LA CLAVE BCB124 EN EL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO DEL PROCEDIMIENTO 10.04.011 CORRESPONDE A UN ERROR INVOLUNTARIO, Y QUE DICHA CLAVE DEBERÁ INCORPORARSE COMO PARTE DE LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA ESTE PROCEDIMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DEBERÁ APEGARSE A LOS ANEXOS DE LA CONVOCATORIA.	AREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS; NUMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX: LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

			APRECIACIÓN?		
31	INTERMET SA DE CV	ANEXO T4 CATALOGO DE BCB Y COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA PMI 2026	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE BCC 10.01.908- SISTEMA DE REPARACIÓN TODO-DENTRO CON NUDO DESLIZANTE CON IMPLANTE, YA SEA NO ABSORBIBLE O CON SUTURAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 10.01.908- SISTEMA DE REPARACIÓN DE MENISCO. ESTO EN BASE A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL ANEXO T1	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DEBE OFERTAR 10.01.908-SISTEMA DE REPARACIÓN TODO-DENTRO CON NUDO DESLIZANTE CON IMPLANTE, YA SEA NO ABSORBIBLE O CON SUTURAS. EL SISTEMA DE REPARACIÓN DE MENISCO REPARA MEDIANTE SUTURAS Y SE REQUIRE TODO DENTRO CON NUDO DESLIZANTE CON IMPLANTE.	AREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

			REQUERIMIENTOS POR UNIDAD MÉDICA DE SMI PARA PMI ¿SE ACEPTA?		
32	INTERMET SA DE CV	ANEXO T4 CATALOGO DE BCB Y COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA PMI 2026	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE BCC 10.01.909- SISTEMA PARA REPARACIÓN DE MANGO ROTADOR, TIPO ANCLA O TORNILLO BIODEGRADABLE TIPO SACA CORCHOS, MONTADO EN PIEZA DE MANO Y SUTURA DE 3.5 A 6.5 MM., DE DIÁMETRO, CON O SIN AGUJAS. 2 O 4 O 6 HILOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 10.01.909 SISTEMA PARA REPARACIÓN DE MANGO ROTADOR Y LABRUM, TIPO ANCLA O TORNILLO METÁLICO AUTORROSCANTE DE 2.8 A 5.0 MM., DE DIÁMETRO, SUTURA DE 2 O 4 HILOS MONTADA EN PIEZA DE MANO. ESTO EN BASE A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL ANEXO T1 REQUERIMIENTOS POR UNIDAD	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DEBE OFERTAR 10.01.909- SISTEMA PARA REPARACIÓN DE MANGO ROTADOR, TIPO ANCLA O TORNILLO BIODEGRADABLE TIPO SACA CORCHOS, MONTADO EN PIEZA DE MANO Y SUTURA DE 3.5 A 6.5 MM., DE DIÁMETRO, CON O SIN AGUJAS. 2 O 4 O 6 HILOS. EL SISTEMA SOLICITADO ES ABSORBIBLE Y SE ANCLA AL HUESO, DEGRADÁNDOSE PROGRESIVAMENTE CON EL TIEMPO, A DIFERENCIA DEL SISTEMA QUE OFERTA EL LICITANTE QUE ES PERMANENTE Y PROPORCIONA FIJACIÓN MECÁNICA MEDIANTE ROSCA METÁLICA.	AREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

			MÉDICA DE SMI PARA PMI ¿SE ACEPTA?		
33	INTERMET SA DE CV	ANEXO T4 CATALOGO DE BCB Y COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA PMI 2026	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE BCC 10.01.912- SISTEMA DE REPARACIÓN DE MUÑECA, CODO Y TOBILLOS TIPO ANCLA ENTRE 1.7 A 3.7 MM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 10.01.912- SISTEMA DE REPARACIÓN DE MUÑECA, CODO Y TOBILLOS TIPO ANCLA ENTRE 1.7 A 3.7 MM./ O ANCLA DE TI SUTURA DE 2.8MM Y 3.5 MM, ESTERIL, PARA LA FIJACIÓN DEL TEJIDO BLANDO DE INESTABILIDAD./ O ANCLA DE SUTURA CURVA DE 2.3MM, ESTERIL, PARA LA FIJACIÓN DEL TEJIDO	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DEBE OFERTAR 10.01.912 SISTEMA DE REPARACIÓN DE MUÑECA, CODO Y TOBILLOS TIPO ANCLA ENTRE 1.7 A 3.7 MM. EL LICITANTE OFERTA UN IMPLANTE Y NO UN SISTEMA.	AREA TÉCNICA

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

			BLANDO DE INESTABILIDAD. ¿SE ACEPTA?		
34	INTERMET SA DE CV	ANEXO T4 CATALOGO DE BCB Y COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA PMI 2026	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE BCB BCB123- SOLUCIÓN SALINA ESTÉRIL 3000 ML SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BCB123- SOLUCIÓN SALINA ESTÉRIL 3000 ML O SOLUCIÓN SALINA ESTÉRIL 1000 ML ¿SE ACEPTA?	NO ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DEBE OFERTAR BCB123- SOLUCIÓN SALINA ESTÉRIL 3000 ML.	AREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

35	INTERMET SA DE CV	ANEXO T1 REQUERIMIENTOS POR UNIDAD MÉDICA DE SMI PARA PMI	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EXISTE UN ERROR INVOLUNTARIO Y EN EL RENGLÓN 104 DEL ANEXO T1, CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.04.001 CISTOSCOPIA ADULTO CORRESPONDE AL HGZMF8 ENSENADA, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN DEL LICITANTE, EN EL RENGLÓN 104 DEL ANEXO T1, CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.04.001 CISTOSCOPIA ADULTO CORRESPONDE AL HGZMF8 ENSENADA. CLAVE: 10.04.001 / DESCRIPCION: CISTOSCOPIA ADULTO. / LOCALIDAD: ENSENADA / TIPO: HGZMF8 / NÚMERO: 8 / CANTIDAD MINIMA: 7 / CANTIDAD MÁXIMA: 32	AREA TÉCNICA
36	INTERMET SA DE CV	ANEXO TÉCNICO	4.1.1 DICE: ...EN EL CASO DE QUE ALGÚN EQUIPO, INSTRUMENTAL Y/O BIENES DE CONSUMO (BÁSICO O COMPLEMENTARIO), DE ORIGEN NACIONAL O INTERNACIONAL, EL LICITANTE ADVIERTA QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, DEBERÁ PRESENTAR, CARTA DE LA COFEPRIS EN LA QUE SE INDIQUE QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO. DEBEMOS ENTENDER QUE LOS EQUIPOS, INSTRUMENTAL O BIENES DE CONSUMO QUE SE UBIQUEN EN EL "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO, PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO"; BASTARÁ	DE LOS EQUIPOS, INSTRUMENTAL O BIENES DE CONSUMO QUE SE UBIQUEN EN EL "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO, PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR, CARTA DE LA COFEPRIS EN LA QUE SE INDIQUE QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO.	AREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

			CON SOLO COLOCAR LA LEYENDA "NO APLICA" EN EL APARTADO DEL REGISTRO SANITARIO". ¿ES CORRECTO?		
37	INTERMET SA DE CV	ANEXO TÉCNICO	4. INSTRUMENTAL DICE: LAS MEDIDAS DEL INSTRUMENTAL QUE NO PUEDEN SER REFERENCIADAS EN CATÁLOGOS, PODRÁN SER ACREDITADAS MEDIANTE COPIA SIMPLE DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE CONFIRME QUE LAS MEDIDAS SOLICITADAS SON EQUIVALENTES A LAS REFERENCIADAS EN EL CATÁLOGOS Y PRESENTADAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE COPIA SIMPLE DE CARTA DEL FABRICANTE O TITULAR DE LOS REGISTROS SANITARIOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS MEDIDAS SOLICITADAS SON EQUIVALENTES A LAS REFERENCIADAS EN CATÁLOGOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, PARA LAS MEDIDAS DEL INSTRUMENTAL QUE NO PUEDEN SER REFERENCIADAS EN CATÁLOGOS SE ACEPTA LA COPIA SIMPLE DE CARTA DEL FABRICANTE O TITULAR DE LOS REGISTROS SANITARIOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS MEDIDAS SOLICITADAS SON EQUIVALENTES A LAS REFERENCIADAS EN CATÁLOGOS	AREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

38	INTERMET SA DE CV	ANEXO TÉCNICO	3.4 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL EQUIPO MÉDICO CONTENIDO EN EL ANEXO T2 "EQUIPO MÉDICO". 4.1.3 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL INSTRUMENTAL CONTENIDO EN EL ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI" 5.1.1 PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN SE REQUIERE PRESENTAR EL CONTENIDO REFERENCIADO DE LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS O REFERENCIA GRÁFICA DE LOS BIENES DE CONSUMO... 5.1.3 LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE ACUERDO A NUESTRA EXPERIENCIA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA POR GRUPO DE INSUMOS REQUERIDOS, INSTRUMENTALES O EQUIPO MÉDICO, ESTO CON EL AFÁN DE OBTENER ARCHIVOS MANEJABLES QUE NO EXCEDAN EL TAMAÑO PERMITIDO POR LA PLATAFORMA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, PUEDE PRESENTAR DOCUMENTACIÓN TÉCNICA POR GRUPO DE INSUMOS REQUERIDOS, INSTRUMENTALES O EQUIPO MÉDICO REFERENCIADO DE LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS O REFERENCIA GRÁFICA DE LOS BIENES DE CONSUMO.	AREA TÉCNICA
39	INTERMET SA DE CV	FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA POR GRUPO DE INSUMOS REQUERIDOS, INSTRUMENTALES O EQUIPO MÉDICO, ESTO CON EL AFÁN DE OBTENER ARCHIVOS MANEJABLES QUE NO EXCEDAN EL TAMAÑO PERMITIDO POR LA PLATAFORMA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, PUEDE PRESENTAR DOCUMENTACIÓN TÉCNICA POR GRUPO DE INSUMOS REQUERIDOS, INSTRUMENTALES O EQUIPO MÉDICO DEBIDAMENTE REFERENCIADOS.	AREA TÉCNICA

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

40	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	¿PODEMOS ENTENDER QUE LAS UNIDADES DE MEDIDA INDICADAS EN EL ANEXO T3 PUEDEN EXPRESARSE EN UNA UNIDAD DE MEDIDA DISTINTA, SIEMPRE QUE SE RESPETE LA EQUIVALENCIA CORRESPONDIENTE? POR EJEMPLO: CM - PIES (FT O ') - PULGADA(IN O ") Ó CHARR (CH) - FRENCH (FR) Ó ML - CC ¿ES CORRECTA ESTA INTERPRETACIÓN?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, PUEDE PRESENTAR UNIDAD DE MEDIDA DISTINTA, SIEMPRE QUE CUMPLA CON LA EQUIVALENCIA A LA MEDIDA SOLICITA EN LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN DE CONSUMO.	AREA TÉCNICA
41	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	CIRUGIA PED 2: EQUIPO MORCELADOR EL EQUIPO MORCELADOR LAPAROSCOPICO FUE DESCONTINUADO CON BASE A COMUNICADO DE LA FDA DE DICIEMBRE DEL 2020, EN EL CUAL, NO SE RECOMIENDA EL USO DE ESTE EQUIPO PARA MORCELACIÓN. POR LO QUE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA NO OFERTARLO O CONSIDERARLO COMO OPCIONAL, COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO, SI EL LICITANTE NO OFERTA EL INSTRUMENTAL MORCELADOR LAPAROSCOPICO DEL SET DE INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 2.	AREA TÉCNICA
42	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	CIRUGÍA PED 2) NO. 1.8 CON CUCHILLAS REUSABLES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EQUIPO MORCELADOR INALAMBRICO, DE BAJO PESO, ESTÉRIL. CUENTA CON 3 POSICIONES DE CUHILLA PARA ELEGIR, PARA AYUDAR EN LA SEGURIDAD Y EL CONTROL DURANTE LA FRAGMENTACION DEL	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE OFERTAR EQUIPO MORCELADOR INALÁMBRICO, DE BAJO PESO, ESTÉRIL. CUENTA CON 3 POSICIONES DE CUHILLA PARA ELEGIR, SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA QUE OFERTE CUCHILLAS REUSABLES.	AREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

			TEJIDO. ¿SE ACEPTA?		
43	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	ENDOURO 3) NO. 5 Y ENDOURO 4) NO. 4 URETEROSCÓPIO SEMIRRÍGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: URETEROSCÓPIO SEMIRRÍGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 6 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE PUEDE OFERTAR URETEROSCÓPIO SEMIRRÍGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 6 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM, SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA QUE OFERTE URETEROSCÓPIO SEMIRRÍGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM	AREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

44	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	DICE... ENDOURO 3) NO. 5 "URETEROSCÓPIO SEMIRRÍGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. CANAL DE IRRIGACIÓN DE 3.0 A 4.2 FR. O CHARR." Y ENDOURO 4) NO. 4 "URETEROSCÓPIO SEMIRRÍGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE)": SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR PARA LOS SETS DE INSTRUMENTAL ENDOURO 3) NO. 5 Y ENDOURO 4) NO. 4: "URETEROSCÓPIO SEMIRRÍGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE)" ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DE LICITANTE PUEDE OFERTAR URETEROSCÓPIO SEMIRRÍGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM., SIN LIMITAR LA PARTICIPACION DE LA PROVEEDURÍA QUE OFERTE "URETEROSCÓPIO SEMIRRÍGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. CANAL DE IRRIGACIÓN DE 3.0 A 4.2 FR. O CHARR." Y "URETEROSCÓPIO SEMIRRÍGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM.	AREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

45	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	ENDOURO 5) NO. 1.1 TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE DIÁMETRO MENOR A 7 MM O 22 FR. DIRECCIÓN VISUAL DE 0° A 30°. OCULAR ANGULADO O LATERAL. CANAL DE TRABAJO DE 3.5 MM. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. LONGITUD EN EL RANGO DE 19 A 25 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: NEFROSCÓPIO PERCUTÁNEO, VISIÓN FRONTAL DE GRAN ANGULAR 6°, OCULAR PARALELO, CON CANAL DE TRABAJO, CON CONEXIÓN LUER-LOCK PARA ALTO FLUJO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, LONGITUD 25CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DEBERÁ OFERTAR TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE DIÁMETRO MENOR A 7 MM O 22 FR. DIRECCIÓN VISUAL DE 0° A 30°. OCULAR ANGULADO O LATERAL. CANAL DE TRABAJO DE 3.5 MM. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. LONGITUD EN EL RANGO DE 19 A 25 CM., PARA EL PROCEDIMIENTO DE LITOTRICIA PERCUTÁNEA.	AREA TÉCNICA
46	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	ENDOURO 5) NO. 1.1 TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE DIÁMETRO MENOR A 7 MM O 22 FR. DIRECCIÓN VISUAL DE 0° A 30°. OCULAR ANGULADO O LATERAL. CANAL DE TRABAJO DE 3.5 MM. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. LONGITUD EN EL RANGO DE 19 A 25 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: NEFROSCÓPIO PERCUTÁNEO, VISIÓN FRONTAL DE GRAN ANGULAR 6°, OCULAR OBLICUO, CON CANAL DE TRABAJO, CON CONEXIÓN LUER-LOCK PARA ALTO FLUJO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, LONGITUD 25CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SE REPITE LA PREGUNTA CON LA ANTERIOR. NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DEBERÁ OFERTAR TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE DIÁMETRO MENOR A 7 MM O 22 FR. DIRECCIÓN VISUAL DE 0° A 30°. OCULAR ANGULADO O LATERAL. CANAL DE TRABAJO DE 3.5 MM. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. LONGITUD EN EL RANGO DE 19 A 25 CM., PARA EL PROCEDIMIENTO DE LITOTRICIA PERCUTÁNEA.	AREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

47	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	DICE... ENDOURO 7) NO. 2 "URETROTOMO DE 4 MM DE DIÁMETRO O 12 FR., CON CANAL DE TRABAJO DE A 5 FR. O CHARR." DEBEMOS ENTENDER QUE SE TRATA DE UN ERROR Y SE REFIERA A: URETROTOMO COMPATIBLE CON TELESCOPIO DE 4 MM DE DIÁMETRO O 12 FR., CON CANAL DE TRABAJO DE A 5 FR. O CHARR. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN DEL LICITANTE LO CORRECTO ES URETROTOMO COMPATIBLE CON TELESCOPIO DE 4 MM DE DIÁMETRO O 12 FR., CON CANAL DE TRABAJO DE A 5 FR. O CHARR.	AREA TÉCNICA
48	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	DICE... ENDOURO 7) NO. 2 "URETROTOMO DE 4 MM DE DIÁMETRO O 12 FR., CON CANAL DE TRABAJO DE A 5 FR. O CHARR." DEBEMOS ENTENDER QUE SE TRATA DE UN ERROR Y SE REFIERA A: URETROTOMO COMPATIBLE CON TELESCOPIO DE 4 MM DE DIÁMETRO O 12 FR., DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN DEL LICITANTE LO CORRECTO ES URETROTOMO COMPATIBLE CON TELESCOPIO DE 4 MM DE DIÁMETRO O 12 FR., DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE.	AREA TÉCNICA
49	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	URO 1) NO. IQX7. APLICADOR DE CLIP DE POLÍMERO, LARGO Y EXTRA-LARGO CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLÍMERO MEDIDA EXTRA-LARGO SE REQUIERE ÚNICAMENTE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA ADULTO, ¿PODEMOS CONSIDERAR QUE SOLO SE DEBE OFERTAR EL APLICADOR PARA CLIP DE POLÍMERO EXTRA-LARGO EN EL SET CIRUGÍA 1 Y 2 ?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DEBERÁ OFERTAR APLICADOR DE CLIP DE POLÍMERO DE AMBAS MEDIDAS(LARGO Y EXTRA-LARGO).	AREA TÉCNICA

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

50	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	CIRUGÍA 3) NO. IQX7. APLICADOR PARA CLIP DE POLÍMERO, LARGO Y EXTRA-LARGO. CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLÍMERO MEDIDA EXTRA-LARGO NO SE REQUIERE PARA LAS CLAVES DE PROCEDIMIENTO 10.06.003 BYPASS GÁSTRICO, 10.06.032 MANGA GÁSTRICA, INCLUIDOS EN EL SET CIRUGÍA 3, ¿PODEMOS CONSIDERAR QUE EL APLICADOR PARA CLIP DE POLÍMERO, EXTRA-LARGO, NO SE REQUIERE INCLUIR EN EL SET CIRUGÍA 3?, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DEBERÁ OFERTAR APLICADOR DE CLIP DE POLÍMERO DE AMBAS MEDIDAS(LARGO Y EXTRA-LARGO).	AREA TÉCNICA
51	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	CIRUGÍA PED 1) NO. IQX136. PINZA DE DISECCIÓN TIPO MIXTER DE 3 O 5 MM., DE DIÁMETRO, REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, CON PUNTA ANGULADA, LONGITUD DE TRABAJO 20 A 33 CM.. CIRUGÍA PED 1) NO. IQX137. PINZA DE DISECCIÓN TIPO MIXTER REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, CON PUNTA ANGULADA, DIÁMETRO DE 5 MM., LONGITUD DE TRABAJO EN EL RANGO DE 31A 37 CM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI REQUIEREN UNA O DOS PINZAS DE DISECCIÓN TIPO MIXTER, YA QUE SE SOLICITA EN 2 OCASIONES EN ESTE SET.	SE CONFIRMA AL LICITANTE QUE SE REQUIEREN AMBAS PINZAS YA QUE LAS MEDIDAS Y LONGITUDES SON DIFERENTES.	AREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

52	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	ENDOURO 5) NO. 1.1 TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE DIÁMETRO MENOR A 7 MM O 22 FR. DIRECCIÓN VISUAL DE 0° A 30°. OCULAR ANGULADO O LATERAL. CANAL DE TRABAJO DE 3.5 MM. AUTOCLAVABLE. LONGITUD EN EL RANGO DE 19 A 25 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: ÓPTICA DE VISIÓN FRONTAL GRAN ANGULAR 6°, 18 CHARR., OCULAR O PARALELO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO Y CANAL DE TRABAJO DE 13,7 CHARR. CON CONEXIÓN LUER-LOCK PARA AFLUJO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, DEBERÁ OFERTAR TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE DIÁMETRO MENOR A 7 MM O 22 FR. DIRECCIÓN VISUAL DE 0° A 30°. OCULAR ANGULADO O LATERAL. CANAL DE TRABAJO DE 3.5 MM. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. LONGITUD EN EL RANGO DE 19 A 25 CM., PARA EL PROCEDIMIENTO DE LITOTRICIA PERCUTÁNEA.	AREA TÉCNICA
53	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.IQX124. PINZA DE BIOPSIA Y AGARRE KENNEDY-BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY. CURVA HACIA ARRIBA 45°, CON ASPIRACIÓN, CALIBRE "1" O QUIJADAS (O PUNTA) DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 11 A 12.5 CM.(REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA DE AGARRE Y BIOPSIA KENNEDY-BLAKESLEY, CURVA HACIA ARRIBA 45°, CON CANAL DE ASPIRACIÓN, TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL 12.5CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DE LICITANTE, PUEDE OFERTAR PINZA DE AGARRE Y BIOPSIA KENNEDY-BLAKESLEY, CURVA HACIA ARRIBA 45°, CON CANAL DE ASPIRACIÓN, TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL 12.5CM, SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA QUE OFERTE PINZA DE BIOPSIA Y AGARRE KENNEDY-BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY. CURVA HACIA ARRIBA 45°, CON ASPIRACIÓN, CALIBRE "1" O QUIJADAS (O PUNTA) DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 11 A 12.5 CM.(REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE)	AREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

54	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.IQX124. PINZA DE BIOPSIA Y AGARRE KENNEDY-BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY. CURVA HACIA ARRIBA 45°, CON ASPIRACIÓN, CALIBRE "1" O QUIJADAS (O PUNTA) DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 11 A 12.5 CM.(REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA DE BIOPSIA Y AGARRE KENNEDY-BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY. CURVA HACIA ARRIBA 45°, CON ASPIRACIÓN, CALIBRE O TAMAÑO "1" O QUIJADAS (O PUNTA) DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 11 A 12.5 CM.(REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DE LICITANTE, PUEDE OFERTAR PINZA DE BIOPSIA Y AGARRE KENNEDY-BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY. CURVA HACIA ARRIBA 45°, CON ASPIRACIÓN, CALIBRE O TAMAÑO "1" O QUIJADAS (O PUNTA) DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 11 A 12.5 CM, SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA QUE OFERTE PINZA DE BIOPSIA Y AGARRE KENNEDY-BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY. CURVA HACIA ARRIBA 45°, CON ASPIRACIÓN, CALIBRE "1" O QUIJADAS (O PUNTA) DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 11 A 12.5 CM.(REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE).	AREA TÉCNICA
55	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.IQX165. PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKELSLEY O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "1" O SEGÚN LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: FÓRCEPS NASAL BLAKESLEY, 0°, (RECTA REFERENCIA GRÁFICA), TAMAÑO 1, LONGITUD 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DE LICITANTE, PUEDE OFERTAR FÓRCEPS NASAL BLAKESLEY, 0°, (RECTA REFERENCIA GRÁFICA), TAMAÑO 1, LONGITUD 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA QUE OFERTE PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKELSLEY O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "1" O SEGÚN LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE).	AREA TÉCNICA

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX: LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

56	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.IQX166. PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKELSLEY. CALIBRE "0" O QUIJADAS (O PUNTA) DE PINZA DE 5 A 7 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL RECTA BLAKESLEY, TAMAÑO 0, LONGITUD ÚTIL 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DE LICITANTE, PUEDE OFERTAR PINZA NASAL RECTA BLAKESLEY, TAMAÑO 0, LONGITUD ÚTIL 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA QUE OFERTE PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKELSLEY. CALIBRE "0" O QUIJADAS (O PUNTA) DE PINZA DE 5 A 7 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE).	AREA TÉCNICA
57	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.IQX158. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKELSLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "0" Y "1", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 5 A 8 MM DE LARGO POR 2.5 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TAMAÑO 0 Y 1, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DE LICITANTE, PUEDE OFERTAR PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TAMAÑO 0 Y 1, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA QUE OFERTE PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKELSLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "0" Y "1", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 5 A 8 MM DE LARGO POR 2.5 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE).	AREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

58	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.IQX158. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKELSLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "0" Y "1", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 5 A 8 MM DE LARGO POR 2.5 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKELSLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE O TAMAÑO"0" Y "1", O QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 5 A 8 MM DE LARGO POR 2.5 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DE LICITANTE, PUEDE OFERTAR PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKELSLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE O TAMAÑO"0" Y "1", O QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 5 A 8 MM DE LARGO POR 2.5 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE)., SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA QUE OFERTE PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKELSLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "0" Y "1", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 5 A 8 MM DE LARGO POR 2.5 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE).	AREA TÉCNICA
59	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.IQX162. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 90°, TIPO BLAKELSLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "2" O QUIJADAS (O PUNTA) DE PINZA DE 10 A 12 MM DE LARGO POR 3 A 3.5MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. (REFRENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE, CURVA HACIA ARRIBA 90°, TAMAÑO 2, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DE LICITANTE, PUEDE OFERTAR PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE, CURVA HACIA ARRIBA 90°, TAMAÑO 2, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA QUE OFERTE PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 90°, TIPO BLAKELSLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "2" O QUIJADAS (O PUNTA) DE PINZA DE 10 A 12 MM DE LARGO POR 3 A 3.5MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. (REFRENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE).	AREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX: LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

60	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.IQX161. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 90°, TIPO BLAKELSLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "1" O QUIJADAS (O PUNTA) DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 10 A 11 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE, CURVA HACIA ARRIBA 90°, TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DE LICITANTE, PUEDE OFERTAR PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE, CURVA HACIA ARRIBA 90°, TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA QUE OFERTE PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 90°, TIPO BLAKELSLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "1" O QUIJADAS (O PUNTA) DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 10 A 11 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE).	AREA TÉCNICA
61	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	OTORRINO 4 PED) IQX62. DISECTOR DE THOMASSIN, DOS EXTREMOS ÚTILES ACODADOS 90 GRADOS A LA DERECHA Y A LA IZQUIERDA , LONGITUD 16 A 18 CM SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: DISECTOR DE THOMASSIN, DOS EXTREMOS ÚTILES, EXTREMOS DE CURVATURA SIMPLE A LA DERECHA O IZQUIERDA, LONGITUD 18 CM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DE LICITANTE, PUEDE OFERTAR DISECTOR DE THOMASSIN, DOS EXTREMOS ÚTILES, EXTREMOS DE CURVATURA SIMPLE A LA DERECHA O IZQUIERDA, LONGITUD 18 CM, SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA QUE OFERTE DISECTOR DE THOMASSIN, DOS EXTREMOS ÚTILES ACODADOS 90 GRADOS A LA DERECHA Y A LA IZQUIERDA , LONGITUD 16 A 18 CM	AREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

62	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	OTORRINO 4 PED) IQX32. CÁNULAS DE ASPIRACIÓN, CURVATURA DE, LUER-LOCK, DE 0.9 A 1 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM, CÓNICO (CÓNICO O SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TUBO DE ASPIRACIÓN CILÍNDRICO, LUER, 1MM DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD ÚTIL 9CM, CURVA (REFERENCIA GRÁFICA). DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DE LICITANTE, PUEDE OFERTAR TUBO DE ASPIRACIÓN CILÍNDRICO, LUER, 1MM DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD ÚTIL 9CM, CURVA (REFERENCIA GRÁFICA)., SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA QUE OFERTE CÁNULAS DE ASPIRACIÓN, CURVATURA DE, LUER-LOCK, DE 0.9 A 1 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM, CÓNICO (CÓNICO O SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE)	AREA TÉCNICA
63	INTERMET SA DE CV	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	OTORRINO 4 PED) IQX32. CÁNULAS DE ASPIRACIÓN, CURVATURA DE, LUER-LOCK, DE 0.9 A 1 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM, CÓNICO (CÓNICO O SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TUBO DE ASPIRACIÓN, 6 MM DE CURVATURA, LUER-LOCK, 0,8 MM DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 10 CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DE LICITANTE, PUEDE OFERTAR TUBO DE ASPIRACIÓN, 6 MM DE CURVATURA, LUER-LOCK, 0,8 MM DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 10 CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA QUE OFERTE CÁNULAS DE ASPIRACIÓN, CURVATURA DE, LUER-LOCK, DE 0.9 A 1 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM, CÓNICO (CÓNICO O SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE)	AREA TÉCNICA
64	INTERMET SA DE CV	FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL	¿DEBEMOS ENTENDER QUE, PARA EL CORRECTO LLENADO DEL FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL, SE PODRÁN TOMAR COMO REFERENCIA LOS ANEXOS T2, T3 Y T4, CON LA FINALIDAD DE COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL INSTITUTO?	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN DEL LICITANTE, PUEDE TOMAR DE REFERENCIA LOS ANEXOS T2, T3 Y T4, CON LA FINALIDAD DE COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA.	AREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

65	INTERMET SA DE CV	ANEXO NO. 2. PROPUESTA ECONÓMICA.	DEBEMOS ENTENDER QUE LOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS A COTIZAR EN EL ANEXO NO. 2 PROPUESTA ECONÓMICA, CORRESPONDEN A LOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS SOLICITADOS POR CLAVE Y UNIDAD MÉDICA COMO LO INDICA EL ANEXO T1 REQUERIMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.	AREA CONTRATANTE
66	INTERMET SA DE CV	CONVOCATORIA 2.2 / ANEXO TECNICO NUMERAL 1 / ANEXO T1	LAS CANTIDADES MÍNIMAS DE PROCEDIMIENTOS POR UNIDAD MÉDICA DIFIEREN ENTRE LA CONVOCATORIA (NUMERAL 2.2), EL ANEXO TÉCNICO Y EL ANEXO T1. PARTIDA 1: (TOTAL 1,194 VS 1,284). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDICAR PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO 2) EL MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO ABIERTO. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PREVALECE EL ANEXO T1?	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN DEL LICITANTE. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA EN BASE AL ANEXO T1. TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS Y QUIRURGICOS SA DE CV PARTIDA 1 MÍNIMO 1284 MÁXIMO 2916 TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS Y QUIRURGICOS SA DE CV PARTIDA 2 MÍNIMO 441 MÁXIMO 815	AREA TÉCNICA
67	INTERMET SA DE CV	ANEXO T11 / ANEXO T3 - PARTIDA 1	LOS SETS GINECO 2 COMPLEMENTARIO Y UROLOGÍA LAPAROSCÓPICA 2 REFERIDOS EN EL ANEXO T11 NO ESTÁN DEFINIDOS EN EL ANEXO T3, POR LO QUE NO HAY CONTENIDO QUE COTIZAR NI ACREDITAR EN EL FORMATO T21. DEBEMOS ENTENDER QUE SE TRATA DE UN ERROR Y DICHOS SETS NO DEBEN INCLUIRSE EN LA DISTRIBUCIÓN, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN DEL LICITANTE, EL LICITANTE DEBE CONSIDERAR LOS SET REFERIDOS EN EL ANEXO T11, PARA PRESENTAR LA PROPUESTA EN EL FORMATO T21.	AREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

68	INTERMET SA DE CV	ANEXO TECNICO NUMERAL 3,2 / ANEXO T11 - EQUIPO ITINERANTE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE ES CORRECTO MOVER EQUIPO ITINERANTE DENTRO DE UNA MISMA OOAD TAL COMO LO MARCA EL ANEXO TECNICO EN EL NUMERAL 3.2	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EQUIPO MÉDICO ITINERANTE, ENTENDIÉNDOSE COMO AQUEL EQUIPO QUE PUEDE OFERTAR EL LICITANTE Y QUE TIENE LA POSIBILIDAD DE TRASLADARLO ENTRE LAS UNIDADES MÉDICAS QUE SE ENCUENTREN EN LA (O LAS) PARTIDA(S) ADJUDICADA (S) Y CON LA POSIBILIDAD DE MAXIMIZAR SU USO EN UNA SEDE DISTINTA A LA DEL ORIGEN, Y QUE POR RAZONES DE BAJA PRODUCTIVIDAD O DE APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS MÉDICAS DE ATENCIÓN QUIRÚRGICA, SEA NECESARIO TRASLADARSE O MOVERSE A OTRA SEDE, SIN NECESIDAD DE QUE SE ENCUENTRE PERMANENTEMENTE EN UNA SOLA UNIDAD MÉDICA, SEGÚN EL EQUIPO MÉDICO QUE SE TENGA CONTRATADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA OOAD.	AREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

69	INTERMET SA DE CV	TYC INCISO H - PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES	LA FÓRMULA DE PENA CONVENCIONAL SE CALCULA SOBRE EL VALOR DEL SERVICIO PRESTADO CON ATRASO, MIENTRAS QUE LA TABLA DE NIVELES DE SERVICIO APLICA EL 1 POR CIENTO DEL VALOR DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR DÍA NATURAL Y POR UNIDAD, Y EL MODELO DE CONTRATO REMITE A UN PORCENTAJE SOBRE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LA BASE DE CÁLCULO DE LAS PENAS CONVENCIONALES ES EL VALOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CON ATRASO O NO PRESTADOS, ANTES DE IVA, Y NO EL VALOR DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA LA APRECIACIÓN DEL LICITANTE, LAS PENALIZACIONES SE APLICAN COMO LO ESTABLECE LA SEGUNDA TABLA DE CONCEPTOS DEL INCISO H DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, SE APLICA UN % (PORCENTAJE) DE LA CANTIDAD ESTABLECIDA DEL VALOR DE LA FIANZA DEL CONTRATO EN SU PROPORCIONALIDAD, EN CADA UNIDAD MÉDICA ADJUDICADA, POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO, POR EL SERVICIO NO PRESTADO OPORTUNAMENTE. LA PENALIZACIÓN SE CALCULARÁ A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONCEPTO DEL SERVICIO A SANCIONAR, QUE DEBEN APLICARSE BAJO EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, TODA VEZ QUE SI UNA PARTE DE LA OBLIGACIÓN FUE CUMPLIDA, LA PENA NO PUEDE SER APLICADA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO CONTRATADO Y QUE DEBEN DE REALIZARSE PREVIO AL INICIO DE OPERACIÓN.	AREA TÉCNICA
70	INTERMET SA DE CV	TYC INCISO E / ANEXO TECNICO 5.1.3 - FORMA DE PRESENTACION	EL ANEXO TÉCNICO SEÑALA QUE LA PROPUESTA TÉCNICA DOCUMENTAL DEBE PRESENTARSE EN UN ÚNICO ARCHIVO ORGANIZADO POR CLAVE DE INSUMO (FOLLETO, REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO DE CALIDAD). CONSIDERANDO EL VOLUMEN DE EQUIPO, INSTRUMENTAL Y BIENES DE CONSUMO Y EL LÍMITE DE 150 MB POR ARCHIVO DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN VARIOS ARCHIVOS	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, PUEDE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN VARIOS ARCHIVOS AGRUPADOS POR EQUIPO MÉDICO, POR SET DE INSTRUMENTAL Y POR GRUPO DE BIENES DE CONSUMO, MANTENIENDO DENTRO DE CADA ARCHIVO EL ORDEN FOLLETO, REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO DE CALIDAD POR CLAVE, Y REFERENCIANDO EN EL FORMATO T21 EL NOMBRE DEL ARCHIVO Y EL FOLIO CORRESPONDIENTE.	AREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

			AGRUPADOS POR EQUIPO MÉDICO, POR SET DE INSTRUMENTAL Y POR GRUPO DE BIENES DE CONSUMO, MANTENIENDO DENTRO DE CADA ARCHIVO EL ORDEN FOLLETO, REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO DE CALIDAD POR CLAVE, Y REFERENCIANDO EN EL FORMATO T21 EL NOMBRE DEL ARCHIVO Y EL FOLIO CORRESPONDIENTE, ESTO CON EL AFÁN DE OBTENER ARCHIVOS MANEJABLES QUE NO EXCEDAN EL TAMAÑO PERMITIDO POR LA PLATAFORMA. ¿SE ACEPTA?		
71	INTERMET SA DE CV	CRITERIOS RUBROS 2 Y 4 - EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LOS MISMOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD (RUBRO 2) PUEDEN UTILIZARSE PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (RUBRO 4), ACOMPAÑADOS DE SU LIBERACIÓN DE FIANZA, CARTA DE CUMPLIMIENTO O FACTURAS CFDI, Y QUE SE ACEPTAN CONTRATOS CELEBRADOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS DE SALUD CUYO OBJETO SEA EL SERVICIO INTEGRAL DE MÍNIMA INVASIÓN, LAPAROSCOPIA, ARTROSCOPIA O ENDOUROLOGÍA. ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN DEL LICITANTE PUEDE PRESENTAR LOS MISMOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD Y PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, ACOMPAÑADOS DE SU LIBERACIÓN DE FIANZA, CARTA DE CUMPLIMIENTO O FACTURAS CFDI. EN LA ESPECIALIDAD SE CONTABILIZAN AÑOS/MESES, Y EN LA EXPERIENCIA NUMERO DE CONTRATOS.	AREA TÉCNICA
72	INTERMET SA DE CV	ANEXO 2 / ANEXO T1 - INTEGRACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBE INTEGRARSE UTILIZANDO EL ANEXO T1 COMO BASE, COTIZANDO PRECIO UNITARIO SIN IVA POR CADA CLAVE DE PROCEDIMIENTO Y POR CADA CLAVE DE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO EN CADA UNIDAD MÉDICA, E INDICAR EL MISMO PRECIO UNITARIO POR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.	AREA CONTRATANTE

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

			CLAVE EN TODAS LAS UNIDADES DE LA PARTIDA.		
73	INTERMET SA DE CV	FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL	FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR AQUELLAS FILAS DE CLAVES POR LAS QUE NO SE PARTICIPEN EN ESTA CONVOCATORIA. ESTO PARA EQUIPO, INSTRUMENTAL, BIENES DE CONSUMO BASICO Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, PUEDE ELIMINAR AQUELLAS FILAS DE CLAVES POR LAS QUE NO SE PARTICIPEN DE EQUIPO, INSTRUMENTAL, BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO.	AREA TÉCNICA
74	KITMEDICO SA DE CV	CONVOCATORIA 2.2 Y ANEXO TÉCNICO NUMERAL 1	EN LA PARTIDA 1 EXISTEN CANTIDADES MÍNIMAS DISTINTAS ENTRE LA CONVOCATORIA Y EL ANEXO TÉCNICO. LA CONVOCATORIA SEÑALA UN TOTAL MÍNIMO DE 1194 PROCEDIMIENTOS, CON HGR 1 EN 254, HGR 23 EN 157 Y HGZ 30 EN 244; EL ANEXO TÉCNICO SEÑALA UN TOTAL DE 1284, CON 286, 202 Y 257 RESPECTIVAMENTE. PARA QUE TODOS LOS LICITANTES PREPAREN SU PROPUESTA CON LA MISMA BASE, SE SOLICITA INDICAR CUÁLES SON LAS CANTIDADES MÍNIMAS OFICIALES QUE DEBERÁN UTILIZARSE EN EL ANEXO T1, LA PROPUESTA ECONÓMICA, LA EVALUACIÓN Y EL CONTRATO. EN CASO DE CORRECCIÓN, FAVOR DE DEJARLA EXPRESAMENTE ESTABLECIDA EN EL ACTA DE LA	EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA EN BASE AL ANEXO T1. TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS Y QUIRURGICOS SA DE CV PARTIDA 1 MÍNIMO 1284 MÁXIMO 2916 LAS CANTIDADES MÍNIMAS QUE DEBERÁN UTILIZARSE PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA, LA EVALUACIÓN Y EL CONTRATO. SON EN LAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO T1.	AREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

			JUNTA DE ACLARACIONES.		
75	KITMEDICO SA DE CV	CONVOCATORIA 2.2 Y ANEXO TÉCNICO NUMERAL 1 PARTIDA 2	EN LA PARTIDA 2 TAMBIÉN EXISTEN DIFERENCIAS EN LAS CANTIDADES MÍNIMAS. LA CONVOCATORIA SEÑALA HGR 1 EN 131, HGR 20 EN 147, HGR 23 EN 147 Y HGZ 30 EN 147, PARA UN TOTAL DE 572; EL ANEXO TÉCNICO SEÑALA 134, 151, 152 Y 151, PARA UN TOTAL DE 588. SE SOLICITA CONFIRMAR CUÁLES SON LAS CANTIDADES MÍNIMAS OFICIALES QUE DEBERÁN CONSIDERARSE EN EL ANEXO T1, LA PROPUESTA ECONÓMICA, LA EVALUACIÓN Y EL CONTRATO, Y QUE LA CORRECCIÓN CORRESPONDIENTE QUEDE ASENTADA EN EL ACTA DE JUNTA.	EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA EN BASE AL ANEXO T1. TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS Y QUIRURGICOS SA DE CV PARTIDA 2 MÍNIMO 441 MÁXIMO 815 LAS CANTIDADES MÍNIMAS QUE DEBERÁN UTILIZARSE PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA, LA EVALUACIÓN Y EL CONTRATO. SON EN LAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO T1.	AREA TÉCNICA
76	KITMEDICO SA DE CV	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 7 Y ANEXO T11	SE SOLICITA CONFIRMAR EL NÚMERO DEFINITIVO DE TÉCNICOS REQUERIDO PARA LA PARTIDA 1. EL ANEXO TÉCNICO DESGLOSA CANTIDADES QUE SUMAN 10 TÉCNICOS, PERO INDICA TOTAL PERSONAL 7. POR SU PARTE, EL ANEXO T11 MUESTRA 8 TÉCNICOS EN UNIDADES FIJAS, 1 TÉCNICO	SE CONFIRMA AL LICITANTE QUE EL NUMERO DEFINITIVO DE TÉCNICOS PARA **LA PARTIDA 1** SON 05 POR TURNO PARA LAS UNIDADES FIJAS Y 02 PARA LAS UNIDADES ITINERANTES POR PROGRAMACIÓN. UNIDAD TÉCNICO	AREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

			ITINERANTE EN HGPMF 31 Y NO SEÑALA TÉCNICO PARA HGOMF 7. FAVOR DE INDICAR CUÁNTOS TÉCNICOS SE REQUIEREN POR UNIDAD MÉDICA, INCLUYENDO LOS ITINERANTES, Y CUÁL SERÁ EL NÚMERO QUE SE UTILIZARÁ PARA CALCULAR LA PUNTUACIÓN DEL PERSONAL.	FIJA POR TURNO HGZ 30 1 HGR 20 1 HGZ 8 1 HGR 23 1 HGR 1 1 **TOTAL 5** UNIDAD ITINERANTE TÉCNICO POR PROGRAMACIÓN HGOMF 7 1 HGPMF3 1 1 EL NÚMERO QUE SE CONSIDERA PARA CALCULAR LA PUNTUACIÓN ES CON UN MÁXIMO DE 16 TÉCNICOS (5 POR CADA TURNO MÁS 1 POR PROGRAMACIÓN EN UNIDADES ITINERANTES).	
77	KITMEDICO SA DE CV	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 7 Y ANEXO T11 PARTIDA 2	SE SOLICITA CONFIRMAR EL NÚMERO DEFINITIVO DE TÉCNICOS REQUERIDO PARA LA PARTIDA 2. EL ANEXO TÉCNICO CONSIDERA HGR 1, HGR 20 Y HGR 23, PARA UN TOTAL DE 3 TÉCNICOS, MIENTRAS QUE EL ANEXO T11 INCLUYE TAMBIÉN HGZ 30, RESULTANDO 4 TÉCNICOS. FAVOR DE INDICAR LA PLANTILLA OBLIGATORIA POR UNIDAD MÉDICA Y EL NÚMERO QUE SE UTILIZARÁ PARA CALCULAR LA PUNTUACIÓN DEL PERSONAL.	SE CONFIRMA AL LICITANTE QUE EL NUMERO DEFINITIVO DE TÉCNICOS PARA **LA PARTIDA2** SON 04 POR TURNO. UNIDAD TÉCNICO POR TURNO HGZ 30 1 HGR 20 1 HGR 23 1 HGR 1 1 **TOTAL 4** EL NÚMERO QUE SE CONSIDERA PARA CALCULAR LA PUNTUACIÓN ES 8 (CANTIDAD NECESARIA PARA LOS TURNOS MATUTINO Y VESPERTINO10).	AREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX: LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

78	KITMEDICO SA DE CV	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 7 ASISTENCIA TÉCNICA Y ANEXO T11	EN EL ANEXO T11 SE INDICAN CANTIDADES DE TÉCNICOS POR TURNO. SE SOLICITA ACLARAR SI ESA CANTIDAD CORRESPONDE AL PERSONAL REQUERIDO EN CADA TURNO MATUTINO, VESPERTINO Y NOCTURNO, O AL TOTAL DE TÉCNICOS ASIGNADOS A CADA UNIDAD MÉDICA. TAMBIÉN FAVOR DE INDICAR EN QUÉ UNIDADES MÉDICAS SE REQUIERE PRESENCIA FÍSICA DURANTE EL TURNO NOCTURNO Y EN CUÁLES PODRÁ ATENDERSE MEDIANTE GUARDIA O TELECOMUNICACIONES. ESTA DEFINICIÓN ES NECESARIA PARA INTEGRAR CORRECTAMENTE LA PLANTILLA, SU DOCUMENTACIÓN Y EL COSTO DEL SERVICIO.	SE CONFIRMA AL LICITANTE LA CANTIDAD DE TÉCNICOS SOLICITADOS PARA CADA PARTIDA. **PARTIDA 1** SON 05 POR TURNO PARA LAS UNIDADES FIJAS Y 02 PARA LAS UNIDADES ITINERANTES POR PROGRAMACIÓN. UNIDAD FIJA — TÉCNICO POR TURNO HGZ 30 — 1 HGR 20 — 1 HGZ 8 — 1 HGR 23 — 1 HGR 1 — 1 **TOTAL** — **5** UNIDAD ITINERANTE — TÉCNICO POR PROGRAMACIÓN HGOMF 7 — 1 HGPMF3 1 — 1 EL NÚMERO QUE SE CONSIDERA PARA CALCULAR LA PUNTUACIÓN ES CON UN MÁXIMO DE 16 TÉCNICOS (5 POR CADA TURNO MÁS 1 POR PROGRAMACIÓN EN UNIDADES ITINERANTES). **PARTIDA2** SON 04 POR TURNO.	AREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

				UNIDAD — TÉCNICO POR TURNO HGZ 30 — 1 HGR 20 — 1 HGR 23 — 1 HGR 1 — 1 **TOTAL — 4** EL NÚMERO QUE SE CONSIDERA PARA CALCULAR LA PUNTUACIÓN ES 8 (CANTIDAD NECESARIA PARA LOS TURNOS MATUTINO Y VESPERTINO).	
79	KITMEDICO SA DE CV	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3, FORMATO T30 Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN	LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO MANEJAN DIFERENTES REFERENCIAS SOBRE LA ANTIGÜEDAD PERMITIDA DEL EQUIPO. EL ANEXO TÉCNICO SEÑALA HASTA NUEVE AÑOS Y FABRICACIÓN A PARTIR DE 2016; EL FORMATO T30 SEÑALA NUEVE AÑOS Y FABRICACIÓN A PARTIR DE 2017; Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTIENEN REFERENCIAS A 8 AÑOS, AUNQUE LA TABLA DE PUNTOS CONTEMPLA EQUIPOS DE HASTA 9 AÑOS. SE SOLICITA INDICAR UNA SOLA FECHA MÍNIMA DE FABRICACIÓN Y CONFIRMAR EL CRITERIO QUE SE UTILIZARÁ PARA ASIGNAR LOS 9, 6 O 3 PUNTOS.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE SE ACEPTA LA PROPUESTA DE LOS LICITANTES QUE OFERTEN EQUIPO CON ANTIGÜEDAD DE HASTA 09 AÑOS, CON FECHA DE FABRICACIÓN DESDE 2017. SE CONFIRMA EL CRITERIO QUE SE UTILIZARÁ PARA ASIGNAR LOS 9,6 0 3 PUNTOS. OFERTA — PUNTAJE SI OFERTA EQUIPO MÉDICO CON UNA ANTIGÜEDAD DE 4 AÑOS O MENOS (INCLUYENDO EQUIPO NUEVO) — 9 SI OFERTA EQUIPO MÉDICO CON UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 4 AÑOS Y HASTA 6 AÑOS. — 6 SI OFERTA EQUIPO MÉDICO CON UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 6 AÑOS Y HASTA 9 AÑOS. — 3	AREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

80	KITMEDICO SA DE CV	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3 Y TÉRMINOS Y CONDICIONES DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	SE SOLICITA CONFIRMAR EN QUÉ MOMENTO DEBEN PRESENTARSE LA CARTA FACTURA Y, EN SU CASO, EL AVISO DE IMPORTACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO. EL ANEXO TÉCNICO INDICA QUE ESTOS DOCUMENTOS SERÁN PRESENTADOS POR EL LICITANTE ADJUDICADO, MIENTRAS QUE LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS LOS MENCIONA DENTRO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. FAVOR DE CONFIRMAR SI DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ES SUFICIENTE EL FORMATO T30 O EL ESCRITO CORRESPONDIENTE, Y SI LA CARTA FACTURA O EL AVISO DE IMPORTACIÓN SE ENTREGARÁN ÚNICAMENTE DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN.	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN DEL LICITANTE, DEBERÁN ADJUNTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA EL FORMATO T30 "CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MÉDICO QUE EQUIPOS NUEVOS O USADOS ESTOS ÚLTIMOS QUE AVALE LOS NUEVE (9) AÑOS CERO MESES DE FABRICACIÓN (A PARTIR 2017). UNA VEZ ADJUDICADO PRESENTARÁ COPIA SIMPLE DE LA CARTA FACTURA DEL EQUIPAMIENTO DE SU PROPIEDAD QUE HAYA OFERTADO O COPIA SIMPLE DEL AVISO DE IMPORTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO OFERTADO SI SON NUEVOS (EN CONCORDANCIA A LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES).	AREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

81	KITMEDICO SA DE CV	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6 Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROPUESTA DE TRABAJO	SE SOLICITA ACLARAR EL PLAZO APLICABLE PARA ATENDER Y RESTABLECER FALLAS DEL EQUIPO MÉDICO. EN LA DOCUMENTACIÓN APARECEN REFERENCIAS DE 48 Y 72 HORAS Y, COMO MEJORA PARA OBTENER PUNTUACIÓN, SE CONTEMPLA REDUCIR DE 72 A 36 HORAS. FAVOR DE INDICAR CUÁL ES EL PLAZO NORMAL DEL SERVICIO, DESDE QUÉ MOMENTO EMPIEZA A CONTAR, QUÉ PLAZO SE TOMARÁ PARA APLICAR PENAS O DEDUCTIVAS Y CÓMO SE EVALUARÁ EL COMPROMISO DE ATENCIÓN EN 36 HORAS.	DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO, SE ACLARA AL LICITANTE QUE EN CASO DE PRESENTARSE O DETECTARSE FALLAS O PROBLEMAS TÉCNICOS QUE DISMINUYAN LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEBERÁ REALIZARSE LA REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN PARA QUE, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 72 HORAS A PARTIR DE DETECTADO EL PROBLEMA SE CUENTE DE NUEVO CON ESTOS DISPOSITIVOS MÉDICOS EN EL SERVICIO. EL PLAZO EMPIEZA A CONTAR A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL REPORTE QUE EL INSTITUTO REALICE VÍA TELEFÓNICA ASÍ COMO POR CORREO ELECTRÓNICO DONDE SE ASIGNARÁ UN NÚMERO DE FOLIO CORRESPONDIENTE.	AREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

82	KITMEDICO SA DE CV	CONVOCATORIA 3.2 Y 3.11 Y TÉRMINOS Y CONDICIONES VIGENCIA	SE SOLICITA CONFIRMAR LA SECUENCIA DE FECHAS APLICABLE DESPUÉS DEL FALLO. LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICAN QUE EL SERVICIO INICIARÁ EL DÍA 11 NATURAL POSTERIOR AL FALLO, MIENTRAS QUE LA FIRMA DEL CONTRATO Y LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PUEDEN OCURRIR POSTERIORMENTE. FAVOR DE INDICAR SI EL SERVICIO DEBERÁ INICIAR ÚNICAMENTE UNA VEZ FORMALIZADO EL CONTRATO Y PRESENTADA LA GARANTÍA, O SI PUEDE COMENZAR ANTES. TAMBIÉN CONFIRMAR DESDE QUÉ FECHA SE CONTARÁN LAS OBLIGACIONES, PENAS Y DEDUCTIVAS DEL PROVEEDOR.	SE CONFIRMA AL LICITANTE QUE EL SERVICIO INICIARÁ EL DÍA 11 NATURAL POSTERIOR AL FALLO, POR LO QUE LAS OBLIGACIONES, PENAS Y DEDUCTIVAS SE APLICARAN A PARTIR DE ESA FECHA. VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN: LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN SERÁ A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE A LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO CORRESPONDIENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026. PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. SE DEBERÁ INICIAR PARTIR DEL DÍA 11 (ONCE) NATURAL SIGUIENTE A LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, CON LA PUESTA A PUNTO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS ASÍ COMO PARA EL INSTRUMENTAL Y BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO QUE SERÁN ENTREGADOS CON BASE A LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, EL ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. LO ANTERIOR INDEPENDIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE LA GARANTÍA.	AREA TÉCNICA

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

83	KITMEDICO SA DE CV	CONVOCATORIA 4.3 Y ANEXO TÉCNICO DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA	SE SOLICITA PRECISAR CÓMO DEBE CARGARSE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN COMPRASMX. EL ANEXO TÉCNICO PIDE ORGANIZAR LA EVIDENCIA POR CLAVE O INSUMO Y TAMBIÉN HACE REFERENCIA A UN SOLO ARCHIVO, MIENTRAS QUE LA PLATAFORMA MUESTRA CINCO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES. FAVOR DE INDICAR SI DEBE PRESENTARSE UN PDF CONSOLIDADO, VARIOS ARCHIVOS SEPARADOS POR RUBRO O INSUMO, O UNA COMBINACIÓN DE AMBOS, ASÍ COMO EL REQUERIMIENTO DE COMPRASMX EN EL QUE DEBERÁ CARGARSE CADA GRUPO DE DOCUMENTOS.	EL LICITANTE PODRÁ PRESENTAR SE PROPUESTA TÉCNICA DE MANERA CONSOLIDADA, O EN ARCHIVOS SEPARADOS CONFORME A LOS ESPACIOS DETERMINADOS EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX. SIN DEJAR DE MENCIONAR QUE CADA SECCIÓN CONFIGURADA (LEGALES-ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONOMICOS) PERMITE AGREGAR HASTA 100 ARCHIVOS DE HASTA 150 MB CADA UNO. EL NOMBRE DE LOS ARCHIVOS NO DEBE EXCEDER DE 15 CARACTERES, CONFORME A LO INDICADO EN LA PÁGINA 113 DE LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL MÓDULO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA PERSONAS FISICAS Y MORALES.	AREA CONTRATANTE
84	KITMEDICO SA DE CV	CONVOCATORIA 4.3, FORMATOS T21 Y T22 Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN	LOS FORMATOS T21 Y T22 SE SOLICITAN EN PDF Y EN EXCEL EDITABLE. SE SOLICITA CONFIRMAR LA FORMA CORRECTA DE PRESENTAR AMBAS VERSIONES. FAVOR DE INDICAR SI EL PDF DEBE LLEVAR FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y, EN EL CASO DEL T22, LAS FIRMAS DEL PERSONAL PROPUESTO; SI EL EXCEL EDITABLE DEBERÁ CONTENER LA MISMA INFORMACIÓN PERO SIN FIRMA; Y EN QUÉ REQUERIMIENTO DE COMPRASMX SE DEBERÁ CARGAR CADA ARCHIVO.	SE CONFIRMA QUE LOS FORMATOS T21 Y T22 DEBERÁN PRESENTARSE EN DOS VERSIONES: ARCHIVO PDF: DEBIDAMENTE REQUISITADO Y CON LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. EN EL FORMATO T22, DEBERÁN INCLUIRSE TAMBIÉN LAS FIRMAS DEL PERSONAL PROPUESTO EN LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES. ARCHIVO EXCEL EDITABLE: DEBERÁ CONTENER EXACTAMENTE LA MISMA INFORMACIÓN QUE EL PDF; SIN EMBARGO, NO SERÁ NECESARIO INSERTAR LAS FIRMAS, YA QUE ESTA VERSIÓN SE SOLICITA PARA FACILITAR LA REVISIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS. EN COMPRAS MX, AMBAS VERSIONES DEBERÁN CARGARSE EN EL APARTADO O REQUERIMIENTO TÉCNICO CORRESPONDIENTE A CADA FORMATO:	AREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

				T21: CARGAR CONJUNTAMENTE EL PDF FIRMADO Y EL EXCEL EDITABLE EN EL REQUERIMIENTO IDENTIFICADO COMO FORMATO T21. T22: CARGAR CONJUNTAMENTE EL PDF FIRMADO Y EL EXCEL EDITABLE EN EL REQUERIMIENTO IDENTIFICADO COMO FORMATO T22. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PDF Y EN EL ARCHIVO EXCEL DEBERÁ SER COINCIDENTE. EN CASO DE DISCREPANCIA, PREVALECERÁ LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PDF DEBIDAMENTE FIRMADO. LA FALTA DE FIRMA EN EL ARCHIVO EXCEL EDITABLE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, SIEMPRE QUE SE PRESENTE EL PDF DEBIDAMENTE FIRMADO.	
85	KITMEDICO SA DE CV	CONVOCATORIA 4.2.1 INCISO H Y COMPRASMX	COMPRASMX MUESTRA COMO OBLIGATORIO EL REQUERIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA. EN CASO DE QUE EL LICITANTE PARTICIPE DE MANERA INDIVIDUAL, SE SOLICITA CONFIRMAR QUE DICHO CONVENIO NO ES APLICABLE Y QUE SU FALTA NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ASIMISMO, FAVOR DE INDICAR QUÉ DOCUMENTO DEBERÁ CARGARSE EN ESE CAMPO OBLIGATORIO DE LA PLATAFORMA, POR EJEMPLO, UN ESCRITO SEÑALANDO QUE NO APLICA.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL LICITANTE DEBERÁ ADJUNTAR ESCRITO LIBREO O EL MISMO ANEXO NÚMERO 15 DE LA CONVOCATORIA CON LA LEYENDA NO APLICA.	AREA CONTRATANTE

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

86	KITMEDICO SA DE CV	TÉRMINOS Y CONDICIONES DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3	SE SOLICITA DISTINGUIR CLARAMENTE QUÉ MANUALES DEBEN FORMAR PARTE DE LA PROPUESTA Y CUÁLES SERÁN ENTREGADOS ÚNICAMENTE POR EL LICITANTE ADJUDICADO. EL ANEXO TÉCNICO RELACIONA LOS MANUALES DE USUARIO EN ESPAÑOL CON LA ETAPA POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN, MIENTRAS QUE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SOLICITAN LITERATURA TÉCNICA PARA EVALUAR EL EQUIPO. FAVOR DE CONFIRMAR SI EN LA PROPUESTA BASTARÁ PRESENTAR LAS PÁGINAS DE MANUAL, FOLLETOS, CATÁLOGOS O DOCUMENTOS DEL FABRICANTE QUE ACREDITEN LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS, DEJANDO LOS MANUALES COMPLETOS DE USUARIO PARA LA ETAPA POSTERIOR AL FALLO.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, EN SU PROPUESTA TÉCNICA, DEBERÁN PRESENTAR LAS MARCAS Y MODELOS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS QUE UTILIZARÁN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DEBERÁ ENTREGAR LOS MANUALES DE USUARIO EN IDIOMA ESPAÑOL, Y LOS CUALES DEBERÁN CORRESPONDER CON EL EQUIPO MÉDICO QUE ES SOLICITADO EN ESTA LICITACIÓN, DE ACUERDO CON LA UNIDAD MÉDICA Y PARTIDA CORRESPONDIENTE, RELACIONADA EN EL FORMATO T17 "RELACIÓN DE MARCAS Y MODELOS DEL EQUIPO MÉDICO". EL ANEXO TÉCNICO DETERMINA QUE PARA LA EVALUACIÓN DEBE ADJUNTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA; LOS ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, LA SECCIÓN DE INSTRUCTIVO Y/O MANUALES DEL FABRICANTE, ASÍ COMO AQUELLOS QUE PRESENTE EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA PARA SER EVALUADOS. DEBE PRESENTAR LOS MANUALES CONO REQUISITO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, Y PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS PUEDE UTILIZAR MANUALES, O APOYARSE CON FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES.	AREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX: LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

87	KITMEDICO SA DE CV	CONVOCATORIA 4.3 Y TÉRMINOS Y CONDICIONES PROPUESTA TÉCNICA	SE SOLICITA CONFIRMAR LA FORMA DE PRESENTAR LA TRANSCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO Y DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. FAVOR DE INDICAR SI EL ANEXO TÉCNICO DEBE ENTREGARSE EN WORD EDITABLE Y PDF FIRMADO, SI LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEBEN PRESENTARSE DE LA MISMA MANERA O ÚNICAMENTE EN PDF, Y EN QUÉ REQUERIMIENTO DE COMPRASMX DEBERÁ CARGARSE CADA VERSIÓN.	EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN FORMATO WORD O PDF LAS TRANSCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO Y DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. EL LICITANTE PODRÁ PRESENTAR SE PROPUESTA TÉCNICA DE MANERA CONSOLIDADA, O EN ARCHIVOS SEPARADOS CONFORME A LOS ESPACIOS DETERMINADOS EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX. SIN DEJAR DE MENCIONAR QUE CADA SECCIÓN CONFIGURADA (LEGALES-ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONOMICOS) PERMITE AGREGAR HASTA 100 ARCHIVOS DE HASTA 150 MB CADA UNO. EL NOMBRE DE LOS ARCHIVOS NO DEBE EXCEDER DE 15 CARACTERES, CONFORME A LO INDICADO EN LA PÁGINA 113 DE LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL MÓDULO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA PERSONAS FISICAS Y MORALES.	AREA CONTRATANTE
88	KITMEDICO SA DE CV	TÉRMINOS Y CONDICIONES LUGAR DE PRESTACIÓN Y ANEXO T12	EN DISTINTOS APARTADOS SE HACE REFERENCIA AL ANEXO T12 CATÁLOGO DE UNIDADES MÉDICAS CON SMI PARA PMI PARA IDENTIFICAR LUGARES DE ENTREGA Y UNIDADES PARTICIPANTES, PERO DICHO ARCHIVO NO SE LOCALIZA DENTRO DE LA DOCUMENTACIÓN PUBLICADA. SE SOLICITA CONFIRMAR SI EL ANEXO T12 FORMA PARTE OFICIAL DEL PROCEDIMIENTO Y SEÑALAR DÓNDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN COMPRASMX. EN CASO DE QUE NO HAYA SIDO PUBLICADO, FAVOR DE PROPORCIONARLO MEDIANTE LA JUNTA DE ACLARACIONES.	SE ADJUNTA T12 CATÁLOGO DE UNIDADES MÉDICAS CON SMI PARA PMI.	AREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

89	KITMEDICO SA DE CV	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3.2 Y TÉRMINOS Y CONDICIONES EQUIPO ITINERANTE	SE SOLICITA ACLARAR EL ÁREA EN LA QUE PODRÁ UTILIZARSE EL EQUIPO MÉDICO ITINERANTE. LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SEÑALAN QUE PODRÁ TRASLADARSE ENTRE UNIDADES DENTRO DE LA MISMA CIUDAD, MIENTRAS QUE EL ANEXO TÉCNICO REFIERE TRASLADOS DENTRO DEL MISMO OOAD. FAVOR DE INDICAR QUÉ CONDICIÓN SERÁ LA APLICABLE Y ENTRE QUÉ UNIDADES MÉDICAS PODRÁ PROGRAMARSE EL TRASLADO DE EQUIPO ITINERANTE.	SE ACLARA QUE REFIERE AL EQUIPO QUE PUEDE OFERTAR EL LICITANTE Y QUE TIENE LA POSIBILIDAD DE TRASLADARLO ENTRE LAS UNIDADES MÉDICAS QUE SE ENCUENTREN EN LA (O LAS) PARTIDA(S) ADJUDICADA (S) Y CON LA POSIBILIDAD DE MAXIMIZAR SU USO EN UNA SEDE DISTINTA A LA DEL ORIGEN, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTREN DENTRO DEL MISMO OOAD.	AREA TÉCNICA
90	KITMEDICO SA DE CV	FORMATO T21 PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA DOCUMENTAL	EL FORMATO T21 OFICIAL CONTIENE REFERENCIAS AL AÑO 2025 EN ALGUNAS HOJAS RELACIONADAS CON BIENES DE CONSUMO E INSTRUMENTAL, AUNQUE EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2026. SE SOLICITA CONFIRMAR QUE DICHAS REFERENCIAS DEBEN ENTENDERSE COMO 2026 Y QUE PODRÁN ACTUALIZARSE AL REQUISITAR EL FORMATO, SIN QUE ESTA CORRECCIÓN SEA CONSIDERADA UNA MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA O CONTENIDO DEL FORMATO OFICIAL.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL FORMATO T21 REFIERE AL EJERCICIO 2026.	AREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

91	KITMEDICO SA DE CV	TÉRMINOS Y CONDICIONES TIPO DE ABASTECIMIENTO Y ANEXO TÉCNICO NUMERAL 5	SE SOLICITA ACLARAR CÓMO DEBERÁN MANEJARSE LA PRIMERA DOTACIÓN, EL INVENTARIO DE SEGURIDAD Y LAS REPOSICIONES DE BIENES DE CONSUMO. LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SEÑALAN UNA PRIMERA DOTACIÓN Y UN STOCK EQUIVALENTE A 7 DÍAS HÁBILES, MIENTRAS QUE EL ANEXO TÉCNICO INDICA ENTREGAS SUBSECUENTES CON AL MENOS 7 DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN A LA PROGRAMACIÓN. FAVOR DE CONFIRMAR SI SE TRATA DE OBLIGACIONES DISTINTAS Y SEÑALAR EL CRITERIO QUE DEBERÁ UTILIZARSE PARA CALCULAR CADA UNA.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA PRIMERA DOTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO CORRESPONDERÁ AL CONSUMO ESTIMADO DE 7 DÍAS HÁBILES DE LA UNIDAD MÉDICA. LA ENTREGA SUBSECUENTE SE ENTREGARÁ CON AL MENOS 07 DÍAS NATURALES A LA PROGRAMACIÓN. LAS ENTREGAS NO DIFIEREN ENTRE SÍ, REFIERE DOS TIPOS DE ENTREGA (INICIAL Y SUBSUCUENTE)	AREA TÉCNICA
92	KITMEDICO SA DE CV	FORMATO T23 Y TÉRMINOS Y CONDICIONES DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SOLICITAN UNA CARTA COMPROMISO PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y TAMBIÉN UNA CARTA RELACIONADA CON LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN NECESARIOS EN CADA UNIDAD MÉDICA. SE SOLICITA CONFIRMAR SI EL FORMATO T23 CUMPLE CON AMBOS REQUISITOS O SI DEBEN PRESENTARSE DOS DOCUMENTOS DIFERENTES. EN CASO DE REQUERIRSE UN ESCRITO ADICIONAL, FAVOR DE INDICAR SU CONTENIDO MÍNIMO.	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN DEL LICITANTE, PUEDE PRESENTAR EL FORMATO T23 PARA MANIFESTAR AMBOS REQUISITOS. QUE SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN DEL (DE LOS) EQUIPO(S), PARA ASEGURAR LA CORRECTA PRESTACIÓN Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE MANERA OPORTUNA, ASÍ COMO TODAS Y CADA UNA DE LAS ADECUACIONES FÍSICAS QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL (DE LOS) EQUIPO(S) OFERTADO(S).	AREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

93	KITMEDICO SA DE CV	TÉRMINOS Y CONDICIONES CERTIFICADOS Y ANEXO TÉCNICO EQUIPO E INSUMOS	SE SOLICITA CONFIRMAR SI UN MISMO CERTIFICADO PODRÁ UTILIZARSE PARA VARIOS PRODUCTOS CUANDO TODOS SE ENCUENTREN INCLUIDOS DENTRO DE SU ALCANCE.	SI LA CONSULTA DEL LICITANTE REFIERE AL CERTIFICADO DE CALIDAD EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD APLICABLE PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, SE CONFIRMA QUE PUEDE UTILIZAR EL MISMO PARA LOS DISPOSITIVOS QUE SE INCLUYAN EN EL MISMO, DEBIDAMENTE REFERENCIADOS PARA SU IDENTIFICACIÓN Y EN CONCORDANCIA CON EL FORMATO T21 DE LA PROPUESTA TÉCNICA.	AREA TÉCNICA
94	KITMEDICO SA DE CV	TÉRMINOS Y CONDICIONES REGISTROS SANITARIOS Y FORMATO T21	CUANDO UN MISMO REGISTRO SANITARIO VIGENTE AMPARE UNA FAMILIA DE PRODUCTOS, VARIOS MODELOS O NÚMEROS DE CATÁLOGO, SE SOLICITA CONFIRMAR QUE PODRÁ UTILIZARSE EL MISMO DOCUMENTO PARA ACREDITAR TODOS LOS INSUMOS INCLUIDOS EN DICHO REGISTRO, SIEMPRE QUE EN CADA RENGLÓN DEL T21 SE IDENTIFIQUE CLARAMENTE EL REGISTRO SANITARIO QUE CORRESPONDE AL PRODUCTO OFERTADO.	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, SIEMPRE QUE REFERENCIE CLARAMENTE TODOS LOS BIENES/INSUMOS INCLUIDOS EN EL REGISTRO SANITARIO Y FORMATO T21 PARA SU EVALUACIÓN.	AREA TÉCNICA
95	KITMEDICO SA DE CV	CONVOCATORIA 4.4 Y 5.3 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	SE SOLICITA PRECISAR CÓMO SE CALCULARÁ EL MONTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE SE UTILIZARÁ PARA ASIGNAR LOS 40 PUNTOS Y, EN SU CASO, PARA UNA OFERTA SUBSECUENTE DE DESCUENTO. EL ANEXO NO. 2 INCLUYE PRECIOS UNITARIOS Y CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS, MIENTRAS QUE COMPRASMX MUESTRA LAS PARTIDAS DE MANERA GLOBAL. FAVOR DE INDICAR SI EL MONTO DE COMPARACIÓN SE CALCULARÁ CON LAS CANTIDADES MÍNIMAS, MÁXIMAS O CON OTRO CRITERIO, Y	EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LO INDICADO EN EL NUMERAL 5.3 DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL MANIFIESTA: PARA DETERMINAR LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES QUE CORRESPONDAN A LA PROPUESTA ECONÓMICA DE CADA PARTICIPANTE, LA CONVOCANTE APLICARÁ LA SIGUIENTE FÓRMULA: PPE = MPEMB X 40 / MPI. DONDE: PPE= PUNTUACIÓN O UNIDADES	AREA CONTRATANTE

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

			CÓMO DEBERÁ APLICARSE CUALQUIER DESCUENTO A LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS.	PORCENTUALES QUE CORRESPONDEN A LA PROPUESTA ECONÓMICA. MPEMB= MONTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA MÁS BAJA, Y MPI= MONTO DE LA I-ÉSIMA PROPUESTA ECONÓMICA. **RESULTADO FINAL** EL RESULTADO FINAL DE LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES QUE OBTUVO CADA PROPOSICIÓN, SE CALCULARÁ A TRAVÉS DE LA FÓRMULA SIGUIENTE: (EL PUNTAJE O PORCENTAJE MAYOR PARA LA PROPUESTA TÉCNICA SERÁ DE 60 PUNTOS PORCENTUALES Y EL DE LA ECONÓMICA SERÁ DE 40 PUNTOS PORCENTUALES). PTJ = TPT + PPE PARA TODA J = 1,2,.....N DONDE: PTJ= PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES TOTALES DE LA PROPOSICIÓN; TPT = TOTAL DE PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADOS A LA PROPUESTA TÉCNICA: PPE = PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADOS A LA PROPUESTA ECONÓMICA Y EL SUBÍNDICE "J" REPRESENTA A LAS DEMÁS PROPOSICIONES DETERMINADAS COMO SOLVENTES COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN. EN CASO DE APLICAR, LA OSD SE REALIZARÁ DE FORMA DESCEDENTE Y POR MONTO Y EL VALOR DE SALIDA SERÁ CONFORME A LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA RECIBIDA.	

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

96	KITMEDICO SA DE CV	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 5.1.2 Y ANEXO T4 BIENES COMPLEMENTARIOS	SE SOLICITA CONFIRMAR CÓMO DEBERÁN COTIZARSE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS. EL ANEXO TÉCNICO SEÑALA QUE SU IMPORTE SE SUMARÁ AL PRECIO UNITARIO DEL PROCEDIMIENTO CUANDO SEAN UTILIZADOS. FAVOR DE INDICAR SI ESTOS BIENES DEBEN INCLUIRSE DESDE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON UN PRECIO UNITARIO INDIVIDUAL Y CÓMO SERÁN CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN ECONÓMICA, EN UNA EVENTUAL OFERTA SUBSECUENTE DE DESCUENTO, EN EL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO Y EN LA FACTURACIÓN.	SE ACLARA QUE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS PREVISTOS EN EL NUMERAL 5.1.2 Y EN EL ANEXO T4 DEBERÁN COTIZARSE CON PRECIO UNITARIO INDIVIDUAL, SIN IVA Y A DOS DECIMALES, MEDIANTE UNA RELACIÓN COMPLEMENTARIA A LA PROPUESTA ECONÓMICA, IDENTIFICANDO EL NÚMERO PROGRESIVO, DESCRIPCIÓN Y UNIDAD DE MEDIDA DE CADA BIEN. ESTOS BIENES SE CONSIDERARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: • EVALUACIÓN ECONÓMICA: NO SE INCORPORARÁN AL IMPORTE MÍNIMO O MÁXIMO UTILIZADO PARA CALCULAR LA PUNTUACIÓN ECONÓMICA, DEBIDO A QUE SU UTILIZACIÓN ES EVENTUAL Y NO SE ESTABLECEN CANTIDADES MÍNIMAS O MÁXIMAS DETERMINADAS. LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ CON EL IMPORTE TOTAL DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSIGNADOS EN EL ANEXO 2. • OFERTA SUBSECUENTE DE DESCUENTO: EN CASO DE CELEBRARSE, EL DESCUENTO OFERTADO SE APLICARÁ EN EL MISMO PORCENTAJE TANTO A LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS COMO A LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS BIENES COMPLEMENTARIOS. • MONTO DEL CONTRATO: LOS BIENES COMPLEMENTARIOS QUE	AREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

				EFECTIVAMENTE SE UTILICEN SE PAGARÁN CON CARGO AL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO ABIERTO, SIN CONSTITUIR RECURSOS ADICIONALES NI INCREMENTAR EL TECHO CONTRACTUAL ADJUDICADO. • FACTURACIÓN: ÚNICAMENTE PODRÁN COBRARSE CUANDO HAYAN SIDO EFECTIVAMENTE UTILIZADOS EN UN PROCEDIMIENTO Y CUENTEN CON LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. EN LA FACTURA DEBERÁN DESGLOSARSE POR SEPARADO EL PROCEDIMIENTO REALIZADO Y EL BIEN COMPLEMENTARIO UTILIZADO, INDICANDO CANTIDAD, PRECIO UNITARIO ADJUDICADO E IVA. • SOPORTE DOCUMENTAL: SU UTILIZACIÓN DEBERÁ ACREDITARSE MEDIANTE EL FORMATO T14 "REPORTE INDIVIDUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS", DEBIDAMENTE VALIDADO POR EL PERSONAL AUTORIZADO DEL INSTITUTO. • EXISTENCIAS: LA ENTREGA O EXISTENCIA DE BIENES EN LAS UNIDADES MÉDICAS NO GENERARÁ POR SÍ MISMA DERECHO DE COBRO; SOLAMENTE PROCEDERÁ EL PAGO POR LOS BIENES COMPLEMENTARIOS EFECTIVAMENTE UTILIZADOS. LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS Y, EN SU CASO, AJUSTADOS COMO RESULTADO DE LA OFERTA SUBSECUENTE DE DESCUENTO PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.	



2026 año de Margarita Maza

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

97	KITMEDICO SA DE CV	ANEXO T1 PARTIDA 2 Y CONVOCATORIA 2.2	SE SOLICITA CONFIRMAR Y, EN SU CASO, CORREGIR LAS CANTIDADES MÁXIMAS DE LA PARTIDA 2. EN EL ANEXO T1, LA SUMA DE LOS RENGLONES PUBLICADOS SEÑALA PARA HGR 23 UNA CANTIDAD MÁXIMA DE 261 Y UN TOTAL DE PARTIDA 2 DE 1068, MIENTRAS QUE LA CONVOCATORIA Y EL ANEXO TÉCNICO SEÑALAN HGR 23 EN 437 Y UN TOTAL MÁXIMO DE 1244. FAVOR DE INDICAR CUÁLES SERÁN LOS VALORES OFICIALES QUE DEBERÁN UTILIZARSE PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA, LA EVALUACIÓN, EL CONTRATO Y LA OPERACIÓN DEL SERVICIO.	EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA EN BASE AL ANEXO T1. TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS Y QUIRURGICOS SA DE CV PARTIDA 1 MÍNIMO 1284 MÁXIMO 2916 TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS Y QUIRURGICOS SA DE CV PARTIDA 2 MÍNIMO 441 MÁXIMO 815	AREA TÉCNICA
98	KITMEDICO SA DE CV	TÉRMINOS Y CONDICIONES CERTIFICADO ISO 9001 NUMERAL D	SE SOLICITA CONFIRMAR EL ALCANCE ACEPTABLE DEL CERTIFICADO ISO 9001:2015 DEL LICITANTE. EN UN APARTADO SE ACEPTA QUE EL ALCANCE INCLUYA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN, SERVICIOS MÉDICOS O SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES, MIENTRAS QUE EN OTRO SE MENCIONA CERTIFICACIÓN EN SERVICIOS INTEGRALES COMO REQUISITO INDISPENSABLE. FAVOR DE INDICAR CUÁLES DE ESTOS ALCANCES SERÁN ACEPTADOS PARA ACREDITAR EL REQUISITO Y CÓMO SE VERIFICARÁ SU RELACIÓN CON EL SERVICIO SOLICITADO.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL CERTIFICADO ISO 9001, DEBE PRESENTARSE EN SERVICIOS INTEGRALES, A NOMBRE DEL LICITANTE, VIGENTE, EMITIDO POR ALGÚN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO. NO PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN EN "SERVICIOS INTEGRALES", SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO.	AREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

99	KITMEDICO SA DE CV	CONVOCATORIA 4.2.1 Y 4.2.2 Y REQUERIMIENTOS DE COMPRASMX	COMPRASMX PRESENTA ALGUNOS REQUERIMIENTOS LEGALES QUE SE REPITEN RESPECTO DE LOS INCISOS DE LA CONVOCATORIA Y TAMBIÉN MARCA COMO OBLIGATORIOS DOCUMENTOS DEL NUMERAL 4.2.2, CUYA OMISIÓN SEGÚN LA PROPIA CONVOCATORIA NO AFECTA LA SOLVENCIA. SE SOLICITA CONFIRMAR SI UN MISMO PDF PUEDE CARGARSE EN MÁS DE UN REQUERIMIENTO CUANDO CORRESPONDA AL MISMO DOCUMENTO Y SI, CUANDO UN REQUISITO DEL NUMERAL 4.2.2 NO SEA APLICABLE AL LICITANTE, DEBERÁ CARGARSE UN ESCRITO INDICANDO NO APLICA PARA PODER COMPLETAR EL CAMPO DE LA PLATAFORMA.	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN DEL LICITANTE.	AREA CONTRATANTE



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

100	KITMEDICO SA DE CV	CRITERIOS DE EVALUACIÓN RUBRO 2 Y TÉRMINOS Y CONDICIONES E.10 Y E.11	SE SOLICITA CONFIRMAR EL PERIODO QUE SE TOMARÁ EN CUENTA PARA EVALUAR LA EXPERIENCIA Y LA ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. LOS CRITERIOS MENCIONAN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS COMO 2021 A 2025, PERO PARA EXPERIENCIA TAMBIÉN INDICAN QUE EL TIEMPO PUEDE COMPUTARSE HASTA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN 2026. FAVOR DE CONFIRMAR SI LOS MESES DE 2026 SERÁN CONSIDERADOS PARA EXPERIENCIA Y, PARA ESPECIALIDAD, SI ÚNICAMENTE SE ACEPTARÁN CONTRATOS CONCLUIDOS ANTES DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA. FAVOR DE INDICAR EL PERIODO EXACTO QUE SERÁ EVALUADO EN CADA RUBRO.	SE CONFIRMA AL LICITANTE QUE PARA EVALUAR LA EXPERIENCIA Y LA ESPECIALIDAD DEL LICITANTE SE CONTABILIZAN LOS CONTRATOS CONCLUIDOS A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA COMO SIGUE: EXPERIENCIA DEL LICITANTE: SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTUACIÓN AL LICITANTE QUE ACREDITE EL MAYOR NÚMERO DE AÑOS DE EXPERIENCIA (MÁXIMO 5 AÑOS). A PARTIR DE ESTE MÁXIMO, SE EFECTUARÁ UN REPARTO PROPORCIONAL DE PUNTUACIÓN ENTRE EL RESTO DE LOS LICITANTES EN RAZÓN DE LOS AÑOS DE EXPERIENCIA ACREDITADOS, EN ESE SENTIDO SE CONSIDERAN PERIODOS DE CONTRATOS CONCLUIDOS A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA CONTABILIZANDO LOS AÑOS DE FORMA PARCIAL (MESES). ESPECIALIDAD DEL LICITANTE: SE ASIGNARÁ EL MÁXIMO DE PUNTUACIÓN AL LICITANTE QUE ACREDITE EL MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS (MÁXIMO 5) RELACIONADOS CON EL SERVICIO SOLICITADO, EN ESE SENTIDO SE CONSIDERAN UNICAMENTE CONTRATOS CONCLUIDOS A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA.	AREA TÉCNICA



ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

101	KITMEDICO SA DE CV	CRITERIOS DE EVALUACIÓN CAPACIDAD DEL EQUIPAMIENTO	SE SOLICITA ACLARAR CÓMO SE ASIGNARÁN LOS 9, 6 O 3 PUNTOS DEL APARTADO CAPACIDAD DEL EQUIPAMIENTO CUANDO LA PROPUESTA INCLUYA VARIOS EQUIPOS CON DIFERENTES AÑOS DE FABRICACIÓN. FAVOR DE INDICAR SI SE TOMARÁ EN CUENTA EL EQUIPO MÁS ANTIGUO, EL PROMEDIO DE ANTIGÜEDAD, EL PORCENTAJE DE EQUIPOS POR RANGO, UNA EVALUACIÓN INDIVIDUAL O ALGÚN OTRO MÉTODO. TAMBIÉN CONFIRMAR CÓMO SE CONSIDERARÁN LOS EQUIPOS NUEVOS Y EL EQUIPO ITINERANTE.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE SE TOMARÁ EN CUENTA EL EQUIPO CON MAYOR TIEMPO DE ANTIGÜEDA PARA LA ASIGNACION DE PUNTOS. EL EQUIPO NUEVO SE CONSIDERA EN EL RANGO DE UNA ANTIGÜEDAD DE 04 AÑOS O MENOS, MISMO CRITERIO PARA EL EQUIPO ITINERANTE.	AREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

102	KITMEDICO SA DE CV	CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROPUESTA DE TRABAJO Y TÉRMINOS E.12	LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN OTORGAN LA MÁXIMA PUNTUACIÓN DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CUANDO SE PROPONE UNA MESA DE AYUDA DE 08:00 A 21:00 HORAS DE LUNES A VIERNES, MIENTRAS QUE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES MENCIONAN COMO MEJORA UNA MESA DE AYUDA DISPONIBLE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO. SE SOLICITA CONFIRMAR QUE OFRECER ATENCIÓN 24 HORAS LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA CUMPLE Y SUPERA EL HORARIO SEÑALADO EN LOS CRITERIOS Y QUE, POR ESTE CONCEPTO, PODRÁ OBTENERSE LA PUNTUACIÓN MÁXIMA CORRESPONDIENTE.	SE ACLARA AL LICITANTE COMO SE EVALUARÁ LA MAYOR PUNTUACIÓN EN EL NUMERAL 3. PROPUESTA DE TRABAJO EN CADA RUBRO: METODOLOGÍA: (05 PUNTO) PUNTUACIÓN MÁXIMA. SI LA METODOLOGÍA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CUMPLE CON LO SOLICITADO, ES CONGRUENTE CON EL PLAN DE TRABAJO PROPUESTO Y DISMINUYE EL TIEMPO DE ATENCIÓN DE FALLAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS DURANTE LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL SERVICIO, DE 72 A 36 HORAS, COMO MÍNIMO. PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA UN ESCRITO LIBRE EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO Y SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN EL CUAL ESTABLEZCA QUE LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS SE APLICARAN CONFORME A LO OFERTADO EN SU PROPUESTA. DICHO ESCRITO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO FORMARÁ PARTE DEL CONTRATO. MOTIVO POR EL CUAL EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DEBERÁ CONSIDERAR TAL PROPUESTA EN LOS NUMERALES QUE SE ESTABLEZCAN LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA PARA SU CORRESPONDIENTE APLICACIÓN. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LOS RECURSOS HUMANOS: (03 PUNTOS) PUNTUACIÓN MÁXIMA. SÍ EL LICITANTE PRESENTA TANTO EL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA COMO EL CURICULUM SOLICITADO CONFORME LO	AREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

				REQUERIDO EN ESTE SUBRUBRO Y SI PROPONE UN HORARIO EXTENDIDO DE LA MESA DE AYUDA DE 8 A 21 HORAS DE LUNES A VIERNES.	

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

103	KITMEDICO SA DE CV	CONVOCATORIA ANEXO NO. 1 RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN	EL ANEXO NO. 1 PUBLICADO CONTIENE EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-50-GYR-050GYR003-X-X-2026, MIENTRAS QUE EL NÚMERO CORRECTO DE LA LICITACIÓN ES LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026. SE SOLICITA CONFIRMAR QUE, AL REQUISITAR EL FORMATO, DEBERÁ SUSTITUIRSE LA REFERENCIA X-X-2026 POR T-139-2026 Y QUE ESTA CORRECCIÓN NO SERÁ CONSIDERADA UNA MODIFICACIÓN INDEBIDA DEL FORMATO OFICIAL.	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN DEL LICITANTE.	AREA CONTRATANTE
104	KITMEDICO SA DE CV	CONVOCATORIA 4.4, ANEXO NO. 2 Y APARTADO ECONÓMICO DE COMPRASMX	SE SOLICITA PRECISAR EL NIVEL DE DESGLOSE QUE DEBERÁ CONTENER LA PROPUESTA ECONÓMICA. EL ANEXO NO. 2 CONTEMPLA PARTIDA, UNIDAD MÉDICA, CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS, PRECIO UNITARIO E IMPORTES; SIN EMBARGO, CADA PARTIDA INCLUYE VARIOS PROCEDIMIENTOS CON PRECIOS DIFERENTES Y COMPRASMX MUESTRA ÚNICAMENTE LAS PARTIDAS 1 Y 2, ADEMÁS DEL ARCHIVO DE PROPUESTA ECONÓMICA. FAVOR DE INDICAR SI EL ANEXO NO. 2 DEBE ELABORARSE POR PROCEDIMIENTO Y UNIDAD MÉDICA, POR PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO O BAJO OTRA ESTRUCTURA, Y QUÉ INFORMACIÓN DEBERÁ CAPTURARSE DIRECTAMENTE EN LOS CAMPOS ECONÓMICOS DE COMPRASMX.	EL LICITANTE DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO NÚMERO 2 DE LA CONVOCATORIA, CON RESPECTO A LA PARTIDA QUE ESTE PARTICIPANDO. CON RESPECTO A LA PLATAFORMA COMPRAS MX DEBERÁ CAPTURAR EL MONTO DE LA OFERTA SIN IMPUESTOS, IVA Y EL MONTO TOTAL DE LA OFERTA.	AREA CONTRATANTE

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

105	KITMEDICO SA DE CV	CONVOCATORIA 1.2, 4.2.1 INCISO B Y ANEXO NO. 4	EL ANEXO NO. 4 SOLICITA INDICAR EL TRATADO BAJO CUYA COBERTURA PARTICIPA EL PROVEEDOR. TRATÁNDOSE DE UN LICITANTE MEXICANO, SE SOLICITA CONFIRMAR QUÉ INFORMACIÓN DEBE ANOTARSE EN ESE CAMPO. FAVOR DE INDICAR SI DEBE SELECCIONARSE UN TRATADO EN PARTICULAR O SI ES VÁLIDO SEÑALAR QUE SE PARTICIPA COMO PROVEEDOR MEXICANO BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS INDICADOS EN LA CONVOCATORIA. TAMBIÉN SE SOLICITA CONFIRMAR LA REDACCIÓN QUE LA CONVOCANTE CONSIDERARÁ CORRECTA PARA LLENAR EL CAMPO SIN MODIFICAR EL FORMATO OFICIAL.	EL LICITANTE DEBERÁ INDICAR SU NACIONALIDAD, EN CASO DE SER PAIS CON TLC, INDICAR LOS TLC APLICABLES, ADEMAS DE SEÑALAR EL DOCUMENTO OFICIAL MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITA DICHA NACIONALIDAD.	AREA CONTRATANTE
106	KITMEDICO SA DE CV	CONVOCATORIA 4.2.1 INCISOS E, F Y G Y ANEXO NO. 7	EL ANEXO NO. 7 REÚNE EN UN SOLO FORMATO LAS MANIFESTACIONES RELACIONADAS CON VÍNCULOS CON PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, ACCIONES PARA OBTENER UNA VENTAJA INDEBIDA Y SUBCONTRATACIÓN. SIN EMBARGO, COMPRASMX PRESENTA ESTOS REQUISITOS POR SEPARADO. SE SOLICITA CONFIRMAR QUÉ REDACCIÓN DEBE UTILIZARSE EN EL ANEXO NO. 7 CUANDO NO EXISTAN VÍNCULOS CON PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS Y SI EL MISMO ANEXO NO. 7, DEBIDAMENTE REQUISITADO, PODRÁ CARGARSE EN LOS TRES REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES DE COMPRASMX.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.	AREA CONTRATANTE

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

107	KITMEDICO SA DE CV	CONVOCATORIA 4.2.2 INCISO X Y ANEXO NO. 9	LA CONVOCATORIA Y EL ANEXO NO. 9 CONTIENEN REFERENCIAS LEGALES DISTINTAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL. CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE UN FORMATO OFICIAL, SE SOLICITA CONFIRMAR QUE EL LICITANTE DEBERÁ UTILIZAR EL ANEXO NO. 9 TAL COMO FUE PUBLICADO, SIN MODIFICAR SU TEXTO NI SUS FUNDAMENTOS, Y LIMITARSE A LLENAR LOS CAMPOS QUE CORRESPONDAN. TAMBIÉN CONFIRMAR QUE ESTA DIFERENCIA ENTRE LA CONVOCATORIA Y EL FORMATO NO SERÁ CONSIDERADA INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL LICITANTE.	EL LICITANTE DEBERÁ APREGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO NÚMERO 9 DE LA CONVOCATORIA. SIN DEJAR DE MENCIONAR QUE DICHO ANEXO ES PARTE DE LOS DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y SU OMISIÓN NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO	AREA CONTRATANTE
108	KITMEDICO SA DE CV	CONVOCATORIA APARTADO 13 PRESUPUESTO A COMPROMETER Y NUMERAL 2.2	EN LA PÁGINA 49 DE LA CONVOCATORIA SE INDICA PRESUPUESTO A COMPROMETER INCLUIDO EL IVA, CON IMPORTE MÍNIMO DE 20,000,000.00 E IMPORTE MÁXIMO DE 50,000,000.00. EN LA MISMA TABLA SE SEÑALAN PARA LA PARTIDA 1 IMPORTES DE 14,000,000.00 MÍNIMO Y 35,000,000.00 MÁXIMO, Y PARA LA PARTIDA 2 IMPORTES DE 6,000,000.00 MÍNIMO Y 15,000,000.00 MÁXIMO. SE SOLICITA CONFIRMAR SI LOS IMPORTES SEÑALADOS PARA CADA PARTIDA YA INCLUYEN IVA O SI CORRESPONDEN A MONTOS ANTES DE IVA. FAVOR DE PRECISAR CUÁL ES EL TECHO PRESUPUESTAL MÁXIMO APLICABLE A CADA PARTIDA, INDICANDO EXPRESAMENTE SI ES CON IVA O SIN IVA, PARA INTEGRAR CORRECTAMENTE LA PROPUESTA	SE CONFIRMA, LOS IMPORTES SEÑALADOS EN EL PRESUPUESTO A COMPROMETER EN LA CONVOCATORIA INCLUYEN IVA. PARA LA PARTIDA 1 EL IMPORTE MÁXIMO ES DE $35, 000,000.00.INCLUDO EL IVA. PARA LA PARTIDA 2 EL IMPORTE MÁXIMO ES DE $15, 000,000.00.INCLUDO EL IVA.	AREA CONTRATANTE

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

			ECONÓMICA.		
109	KITMEDICO SA DE CV	ANEXOS T1 T2 T3 T4 Y T21 PROCEDIMIENTO 10.04.011	PARA EL PROCEDIMIENTO 10.04.011 RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA VEJIGA RTUP RTUV RTUC, EL ANEXO T3 SOLICITA UN SET DE ENDOUROLOGÍA 6 CON ELEMENTO DE TRABAJO BIPOLAR Y CABLE PARA ELECTRODOS BIPOLARES, MIENTRAS QUE EL ANEXO T4 CONTEMPLA ASA BIPOLAR O ELECTRODO BIPOLAR Y SOLUCIÓN SALINA ESTÉRIL. ADICIONALMENTE, EL ANEXO T2 CONSIDERA UNA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON SALIDA BIPOLAR. SE SOLICITA CONFIRMAR QUE ESTE PROCEDIMIENTO DEBERÁ REALIZARSE CON TECNOLOGÍA BIPOLAR UTILIZANDO SOLUCIÓN SALINA Y QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ SUMINISTRAR, COMO PARTE DEL SERVICIO, LOS COMPONENTES Y CONSUMIBLES COMPATIBLES NECESARIOS PARA INTEGRAR EL SISTEMA BIPOLAR CONFORME A LOS ANEXOS T2, T3 Y T4. ASIMISMO, FAVOR DE CONFIRMAR QUE NO SE REQUIERE SUMINISTRAR GLICINA PARA ESTE PROCEDIMIENTO.	SE CONFIRMA AL LICITANTE QUE EL PROCEDIMIENTO 10.04.011 RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA VEJIGA RTUP RTUV RTUC, SE DEBE REALIZAR CON TECNOLOGÍA BIPOLAR UTILIZANDO SOLUCIÓN SALINA, NO SE REQUIERE SUMINISTRAR GLICINA PARA ESTE PROCEDIMIENTO.	AREA TÉCNICA

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

110	PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS Y QUIRURGICOS SA DE CV	TÉRMINOS Y CONDICIONES, E.9 EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN ESCRITO EN FORMATO LIBRE DONDE MANIFESTEMOS QUE LA EMPRESA LLEVA A CABO MEDIDAS PARA COONSERVAR EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE AUTORREGULACIÓN Y AUDITORÍAS AMBIENTALES.	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE DEBERÁ APEGARSE A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, DEBERÁ PRESENTAR ALGUNO DE LOS CERTIFICADOS A QUE HACE REFERENCIA EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE AUTORREGULACIÓN Y AUDITORÍAS AMBIENTALES, EN APEGO AL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN I, II Y III. I. INDUSTRIA LIMPIA: PARA OBRAS Y ACTIVIDADES DEL SECTOR INDUSTRIAL; II. CALIDAD AMBIENTAL TURÍSTICA: PARA ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL SECTOR TURÍSTICO, Y III. CALIDAD AMBIENTAL: PARA AQUELLAS ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN LAS DOS FRACCIONES ANTERIORES.	AREA TÉCNICA
111	PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS Y QUIRURGICOS SA DE CV	TÉRMINOS Y CONDICIONES E.9) EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUE, QUE LA NO PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO AL QUE HACE REFERENCIA EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE AUTORREGULACIÓN Y AUDITORÍAS AMBIENTALES, EN APEGO AL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN I, II Y III, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN DEL LICITANTE, LA NO PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO NO SERÁ CAUSAL DE DESECAMIENTO. SOLO TENDRÁ PUNTUACIÓN "0".	AREA TÉCNICA
112	PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS Y QUIRURGICOS SA DE CV	CONVOCATORIA, NUMERAL 4.2.1, INCISO U)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME SI SERÁ ACEPTABLE PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DE EMISIÓN CORRESPONDIENTE A UN DÍA HÁBIL	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO ESTO NO LO HARÁ COMO ÚNICA OPCIÓN ACEPTABLE NI SERÁ OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES. SIN DEJAR DE MENCIONAR QUE LA NO PRESENTACIÓN DE LAS OPINIONES DE	AREA CONTRATANTE

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026"

			ANTERIOR A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 83 FRACC III, INCISO I) DEL RLAASSP QUE A LA LETRA DICE: LAS INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO, ENTRE LAS QUE SE DEBERÁ SEÑALAR QUE EL ÁREA CONTRATANTE SERÁ LA ENCARGADA DE VERIFICAR EN LA PLATAFORMA QUE EL PROVEEDOR CUENTE CON LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES, LAS CUALES SERÁN NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, POR LO QUE DE PRESENTARSE EN SENTIDO NEGATIVO NO SE PODRÁ FORMALIZAR CONTRATO ALGUNO.	

ANEXO III
ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-139-2026

"SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026"

POR PETICIÓN DEL TÉCNICA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA:

SE AGREGA:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO T12 CATÁLOGO DE UNIDADES MÉDICAS DEL SMI PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN (PMI)

NO.	CLAVE OOAD/UMAE	OOAD/UMAE	TIPO	NÚMERO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
1	02	BAJA CALIFORNIA	HGR	1	TIJUANA	CALLE CANADÁ, NO.16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA C.P.22226, MUNICIPIO TIJUANA,BAJA CALIFORNIA
2	02	BAJA CALIFORNIA	HGR	20	TIJUANA	BOULEVARD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ , NO.4001 COLONIA GAS Y ANEXAS C.P.22115, MUNICIPIO TIJUANA,BAJA CALIFORNIA
3	02	BAJA CALIFORNIA	HGZ	30	MEXICALI	AVENIDA LERDO , NO.1498 COLONIA NUEVA C.P.21100, MUNICIPIO MEXICALI,BAJA CALIFORNIA
4	02	BAJA CALIFORNIA	HGZMF	8	ENSENADA	BOULEVARD REFORMA, NO.84 FRACCIONAMIENTO BAHÍA C.P.22880, MUNICIPIO ENSENADA,BAJA CALIFORNIA
5	02	BAJA CALIFORNIA	HGOMF	7	TIJUANA	BLVD. AGUA CALIENTE NO. 802, COL. AVIACIÓN TIJUANA, B.C., C.P. 22420
6	02	BAJA CALIFORNIA	HGPMF	31	MEXICALI	AV. LERDO Y CALLE G 1500, COL. NUEVA, MEXICALI, B.C. C.P. 21100
7	02	BAJA CALIFORNIA	HGR	23	ENSENADA	CARRETERA TRANSPENINSULAR #10412, COL. EX EJIDO CHAPULTEPEC II C.P. 22785, ENSENADA BAJA CALIFORNIA