



ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

OFICIO N° 069001 150100/ADQ / 0847 / 2025
VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, A 06 DE MAYO DE 2025.


RESPUESTA A SOLICITUDES DE ACLARACIONES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBENAMENTALES N ° IA-50-GYR-050GYR012-T-43-2025 PARA LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MEDICO Y EQUIPO EN COMODATO, PARA UNIDADES MEDICAS DEL OOAD REGIONAL COLIMA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 77 PENULTIMO PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, ASI COMO LO PREVISTO EN EL NUMERAL 1.2 DE LA CONVOCATORIA, SE INFORMA QUE UNA VEZ LLEGADO EL PLAZO PARA QUE LOS LICITANTES FORMULARAN PREGUNTAS SE CONSULTO EL SISTEMA COMPRANET Y SE PRESENTO 1 (UNA) SOLICITUD DE ACLARACION LA CUAL CONTIENE 26 (VEINTE SEIS) PREGUNTAS DEL LICITANTE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, SA DE CV, COMO SE MUESTRA EN LA SIGUIENTE IMAGEN DEL SISTEMA:

Screenshot of the Compras MX system interface showing a list of clarification requests. The table has columns for Num., Tipo de documento, Nombre del documento, Fecha y hora de carga, and Acciones. One entry is visible: 'RESPUESTA A SOLICITUDES DE ACLARACION'.





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, SE PLASMAN LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA PARA QUE SEAN CONSIDERADAS POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACION DE SUS PROPOSICIONES.

MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA

MODIFICACIÓN No. 1.- SE ANEXA LA "GUIA DE DISTRIBUCION DE EQUIPO MEDICO EN COMODATO"

DEBE DECIR:

Dentro del plazo de entrega indicado en los presentes términos y condiciones, y de conformidad con el artículo 79 de la LAASSP, deberá proporcionar sin costo para el instituto, la capacitación y puesta en marcha de equipos médicos en comodato, que resulten necesarios para la utilización de los insumos adjudicados, en un periodo de máximo 10 días naturales, contados a partir del día natural siguiente de la fecha de fallo.

La entrega a entera satisfacción del instituto comprende que los insumos en los que participe cada proveedor deberán garantizar la correcta funcionalidad y compatibilidad con los equipos médicos con los que cuenta cada unidad médica, y de no ser así, deberán otorgar sin costo para el instituto la instalación, puesta en marcha y capacitación de equipos médicos en comodato para el óptimo funcionamiento de los insumos.

- Deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad que los equipos presentan una antigüedad no mayor a 7 años comprobable.
Carta bajo protesta de decir verdad, donde asegure la compatibilidad del insumo y su correcta función y en caso de no ser así, se compromete a cambiar dicho insumo por uno compatible sin costo extra para el instituto, oferte equipo en comodato o no.
Programa de mantenimientos preventivos.
Programa de capacitación al personal institucional.

Table with 7 columns: Renglón, Descripción/Programa, Descripción, HGZ No. 1 Villa De Álvarez, HGSZ/MF No. 4 Tecomán, HGZ No. 10 Manzanillo, Total. Rows include equipment like Torre de alto flujo, Sistema de Aspiración, Hemodiálisis del paciente crítico, and Monitor de Signos Vitales.





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Fichas técnicas.

Renglón	Descripción	Ficha Técnica
1-55	Torre de alto flujo (Adulto/Pediátrico)	<p>a) Descripción</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Humidificador con generador de flujo y medidor de oxígeno integrados, para proporcionar gases respiratorios calientes y humidificados de alto flujo a pacientes con respiración espontánea. 2. Con pantalla con gráficos que muestre temperatura, flujo y FiO2, así como mensajes de alarma y ciclos de desinfección. 3. Modo Adulto con: control de temperatura de 31°C, 34°C y 37°C, control de velocidad de flujo de 10 a 60 l/min, capacidad de programar flujos en incrementos de 1 l/min y de 5 l/min. 4. Modo Pediátrico con: control de temperatura a 34°C y el control de velocidad de flujo de 2 a 25 l/min en incrementos de 1 l/min. 5. Con entrada para oxígeno, mezclador de aire/oxígeno y analizador con precisión mayor a +/- 4% dentro del rango de 25 a 95 % de O2. 6. Con sistema automatizado para desinfección de alto nivel. 7. Alarmas: alarmas audibles y visibles para: 8. Desconexión o falla del circuito de paciente. 9. Fugas y bloqueos en el sistema. 10. Niveles de oxígeno altos o bajos. 11. Falta de agua en la cámara de humidificación. 12. Imposibilidad para alcanzar las temperaturas preestablecidas y falta de energía eléctrica. 13. No deberá requerir suministro de aire de pared. <p>b) Accesorios</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedestal con bandeja para humidificador. 2. Flujómetro de 70 l/min con conector compatible a toma de oxígeno de cada unidad médica. <p>c) Consumibles</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al menos un circuito reutilizable para desinfección del equipo (indicar marca, modelo y/o número de parte). <p>d) Instalación</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eléctrica 110 V, 60 Hz. <p>e) Mantenimiento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preventivo y correctivo por personal calificado, conforme a lo establecido en los manuales.






**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Renglón	Descripción	Ficha Técnica
	Torre de alto flujo neonatal (BPAP/CPAP)	<p>a) Descripción</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Humidificador servo controlado. 2. Modos: invasivo y no invasivo. 3. Temperatura de la vía aérea a 34° C en modo no invasivo. 4. Temperatura de salida de la cámara de humidificación de 31° C en modo ventilación no invasiva. 5. Deberá contar con control de humedad. 6. Pantalla digital tipo LED de 3 dígitos, 7 segmentos. 7. Alarmas: 8. Alarmas audibles y visibles que despliegan en pantalla lo que originó el problema. 9. Alarma temperatura baja. 10. Alarma temperatura alta. 11. Alarma de fallo del circuito con alambre calefactor. 12. Con botón silenciador de alarma de 2 minutos. 13. Mezclador de aire y oxígeno. 14. Rango ajustable de la concentración de oxígeno: 21 a 100%. 15. Conexión tipo DISS (aire y oxígeno). 16. Precisión de FiO2: rango de error +/- 3% de la escala completa. 17. Puerto de salida principal y auxiliar. 18. Aro de purga. 19. Alarma audible en caso de fallo de aire y oxígeno. <p>b) Accesorios</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Base rodable con sistema de frenos en al menos 2 ruedas. 2. Bracket de montaje para humidificador servo controlado y generador de burbujas. 3. Bracket de montaje para mezclador de aire y oxígeno. 4. Sensor de temperatura dual reutilizable para humidificador servo controlado. 5. Cable calefactor dual reutilizable para humidificador servo controlado. 6. Flujómetro de 0 a 3.5 LPM. 7. Flujómetro de 0 a 15 LPM. 8. Manguera para suministro de aire con conector compatible para toma mural de la unidad médica. 9. Manguera para suministro de oxígeno con conector compatible para toma mural de la unidad médica. 10. Reguladores de presión para toma de aire y oxígeno con bracket de sujeción a la base rodable de alto flujo. <p>c) Mantenimiento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preventivo y correctivo por personal calificado, conforme a lo establecido en los manuales. <p>d) Instalación</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Voltaje de alimentación 100 +/- 10V. 2. Frecuencia de operación 50/60 Hz. 3. Contacto polarizado grado médico.





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Renglón	Descripción	Ficha Técnica
60-62	Sistema para aspiración de secreciones	<p>Recipiente rígido (canister) de 3000cc y 1000cc con válvula y marcas externas de medición para cálculo de residuos y sangre con placa de montaje, las unidades médicas determinaran de acuerdo a su necesidad, las cantidades de cada recipiente.</p> <p>Carro alto rodable porta recipientes (canister) para cuatro recipientes porta bolsas desechables.</p>
139-142	Equipo de Hemofiltración para terapia renal continua	 <p>11809 EQUIPO PARA TERAPIA DE RI</p>
143-151	Monitor de Signos Vitales	<p>1 Descripción:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Equipo no invasivo que registra en pantalla las constantes vitales del paciente, con fines diagnósticos y terapéuticos. 1.2 Monitor con asa con pantalla de 7" como mínimo. <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1 Monitor con pantalla Tipo LCD, LCD-TFT o TFT o LED. 1.2.2 Pantalla sensible al tacto. 1.3 Capacidad para conectarse a red de monitoreo por vía alámbrica o inalámbrica. 1.4 Despliegue numérico de: <ol style="list-style-type: none"> 1.4.1 Frecuencia de pulso, 1.4.2 Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica y media) 1.4.3 Saturación de oxígeno, 1.4.4 Temperatura. 1.5 Que mida la toma de presión arterial no invasiva en un rango de 16 a 40 segundos. 1.6 Modos para la toma de la presión: <ol style="list-style-type: none"> 1.6.1 Manual, 1.6.2 Automática en al menos 4 intervalos programables personalizados. 1.7 Soporte de modo de paciente: Adulto, pediátrico y neonato. 1.8 Brazalete(s) reusable(s), de diferentes tamaños (Adulto, obeso y pediátrico), sin tubos y sin conectores de rosca. <ol style="list-style-type: none"> 1.8.1 Con cierre tipo velcro sin costuras. 1.8.2 Libres de látex. 1.8.3 Sin cámara 1.9 Termómetro electrónico para toma de temperatura digital predictiva para uso hospitalario (grado médico con posibilidad de verificar la calibración) en modo: <ol style="list-style-type: none"> 1.9.1 Oral, axilar adulto, axilar pediátrico o rectal. <ol style="list-style-type: none"> 1.9.1.1 Rango de temperatura 27°C a 43°C. 1.9.1.2 Exactitud de calibración +/- 0.1°C en modo monitor. 1.9.2 Que permita medición de la temperatura: <ol style="list-style-type: none"> 1.9.2.1 de 4 a 6 segundos por vía oral, 1.9.2.2 10 a 13 segundos por vía rectal, 1.9.2.3 12 a 15 segundos por vía axilar. 1.9.3 Con diseño que ofrezca seguridad para el paciente con cubiertas desechables que disminuyen el riesgo de





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Renglón	Descripción	Ficha Técnica
		<p>contaminación cruzada.</p> <p>1.10 Saturación de oxígeno con sensor de pinza de alto desempeño.</p> <p>1.11 Sistema para el ingreso manual de parámetros del paciente:</p> <p>1.11.1 Peso, estatura, frecuencia respiratoria y nivel de dolor.</p> <p>1.11.2 Con la posibilidad de configuración de hasta 20 parámetros adicionales personalizables.</p> <p>1.12 Capacidad de conectividad bajo el protocolo de comunicación HL7 directo del dispositivo, sin necesidad de un software intermediario.</p> <p>1.13 Opción de selección de perfiles del monitor:</p> <p>1.13.1 Monitor</p> <p>1.13.2 Spot</p> <p>1.13.3 Triage o similar.</p> <p>1.14 Con memoria interna con capacidad de al menos 400 registros descargables y utilizables en cualquier sistema de administración de datos clínicos.</p> <p>1.15 Con lector de código de barras a través del puerto USB para identificación del paciente y del usuario.</p> <p>1.16 Con batería interna recargable de Litio.</p> <p>1.16.1 Capacidad de tener el dispositivo en funcionamiento mientras se carga la batería.</p> <p>1.16.2 Duración al menos de 2.5 horas</p> <p>1.16.3 Indicador de bajo nivel de batería en pantalla.</p> <p>1.17 Puertos de conectividad externa tipo USB y Micro USB.</p> <p>1.18 Alarmas programables audibles y visuales</p> <p>1.18.1 Presión arterial, SpO2, temperatura y pulso.</p> <p>1.19 Capacidad de conexión a básculas electrónicas de marcas reconocidas para adquisición automática de peso y talla por cable USB o conexión inalámbrica.</p> <p>1.20 Cálculo automático del índice de masa corporal al ingresar datos de peso y talla del paciente.</p> <p>1.21 Interface, programas, menús y mensajes en español.</p> <p>2 Accesorios:</p> <p>2.1 Soporte rodable con 5 ruedas con sistema de freno al menos en 2 ruedas.</p> <p>2.2 Canastilla ergonómica especializada para manejo de cables y accesorios.</p> <p>3 Instalación:</p> <p>4.1 Corriente eléctrica 110 V +/- 10%, 60 Hz.</p> <p>4.1.2 Conexión DC para ambulancia.</p> <p>4.2 Neumática:</p> <p>4.2.1 Oxígeno.</p>





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Listado de Direcciones

Unidad Medica	Dirección
HGZ No. 1	Avenida Lapslázuli No. 250 Colonia El Haya, CP 28984 Villa de Álvarez, Colima
HG10 Manzanillo	Avenida Paseo de las Garzas No. 29 Colonia Soleares, CP 28869 Manzanillo, Colima
HGSZ/MF No. 4	H. Colegio Militar No. 1 Colonia Centro, CP 28030 Tecomán, Colima
UMF 2	Calle Calle 9 No. S/N Colonia Manzanillo Centro C.P. 28200 Manzanillo Municipio De Manzanillo Colima
UMF 3	Calle Basilio Vadillo Y Chihuahua No. S/N Colonia Armeria Centro C.P. 28300 Ciudad De Armeria Municipio De Armeria Colima
UMF 5	Calle Basilio Vadillo No. S/N Pueblo Cuauhtémoc C.P. 28500 Cuauhtémoc Municipio De Cuauhtémoc Colima
UMF 6	Carretera Km. 24 Colima-Tonila No. S/N Hacienda Queseria C.P. 28510 Quesería Municipio De Cuauhtémoc Colima
UMF 9	Carretera Carretera De Manzanillo A Colima Km 54 No. S/N Ciudad Minatitlán C.P. 28750 Minatitlán Municipio De Minatitlán Colima
UMF 11	Av. De Los Maestros No. 149 Colonia Centro C.P. 2800 Colima Colima Colima
UMF 16	Andador Andador Francisco J. Mújica No. 1001 Colonia Infonavit La Estancia C.P. 28040 Colima Municipio De Colima Colima
UMF 17	Avenida Parotas Esq. Pino No. 1 Fraccionamiento Valle De Las Garzas C.P. 28219 Manzanillo Municipio De Manzanillo Colima
UMF 18	Avenida Benito Juárez No. 118 Colonia Alta Villa C.P. 28987 Villa De Álvarez Municipio De Villa De Álvarez Colima
UMF 19	Avenida Javier Mina No. 301 Colonia Colima Centro C.P. 28000 Colima Municipio De Colima Colima

ASI MISMO, ATENDIENDO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 46 FRACCION II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y AL NUMERAL 1.2 DE LA CONVOCATORIA, DERIVADO DE LO ANTERIOR SE DA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACION PRESENTADAS CONFORME SE ESTIPULA EN EL ARTICULO 46 FRACCION IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION:-----

NO. CONSECUTIVO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	13270	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 1.3	NUMERAL 1.3 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PODRÁN SER REPRODUCIDOS POR MI REPRESENTADA Y QUE NO SERÁN MOTIVO DE DESECHAMIENTO, EL NO RESPETAR EXACTAMENTE EL MISMO FORMATO, SIEMPRE Y CUANDO EL ESCRITO	NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO SIEMPRE Y CUANDO SE PLASME LO SOLICITADO TAL CUAL EN LOS FORMATOS PLASMADOS EN LA CONVOCATORIA.



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA

Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

NO. CONSECUTIVO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE AGLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					REPRODUCIDO INCLUYA LA INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA EN EL FORMATO ORIGINAL DE LA CONVOCATORIA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
2	13271	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	MUESTRAS	MUESTRAS DICE: LOS PROVEEDORES QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN DEBERÁN ENTREGAR MUESTRAS FÍSICAS DE LOS BIENES A OFERTAR UNA POR CADA PARTIDA Y CLAVE, LAS CUALES DEBERÁN SER CONGRUENTES CON SU OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ÚTIL, EN SU EMPAQUE ORIGINAL, DEBIDAMENTE REFERENCIADAS Y ETIQUETADAS Y QUE SERVIRÁN DE APOYO PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, ASÍ COMO EVALUACIÓN DE CALIDAD Y DE COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS MÉDICOS CORRESPONDIENTES. PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRA REPRESENTATIVA DE UNA PIEZA POR CADA PARTIDA QUE SE OFERTE Y/O NOS PERMITA PRESENTAR LA CAJA DEL BIEN CON UNA PIEZA REPRESENTATIVA DE CADA PARTIDA ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA POR RENGLÓN A OFERTAR, CUMPLIENDO CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA, NUEVA, FUNCIONAL, PUDIENDO ENTREGAR 1 PIEZA PARA EL CASO QUE LA PRESENTACIÓN SEA MAYOR A 1, EJEMPLO BOLSA CON 5, ETC.
3	13272	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 3	NUMERAL 3 REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. DICE: LAS CARTAS PROTESTADAS QUE PRESENTEN LOS LICITANTES DEBERÁN SER FIRMADAS AUTÓGRAFAMENTE POR EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL. ADICIONALMENTE, LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES DEBERÁN SER FIRMADAS AUTÓGRAFAMENTE POR EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL, EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LAS CONTENGA, NO SIENDO MOTIVO DE	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

NO CONSECUTIVO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					DESCALIFICACIÓN EL HECHO DE QUE LAS DEMÁS HOJAS QUE LAS INTEGREN Y SUS ANEXOS CAREZCAN DE FIRMA O RÚBRICA YA QUE NUESTRA PROPUESTA SE ENVIARÁ TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA, SE EMPLEARÁN LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ES CORRECTO ENTENDER QUE PODREMOS PRESENTAR FIRMA DIGITAL DEL REPRESENTANTE LEGAL EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LAS CONTENGA SIN QUE ESTO SEA CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE NUESTRA PROPUESTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
4	13273	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 5.1	NUMERAL 5.1 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL OPINIONES POSITIVAS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTACIONES PATRONALES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DE EXPEDICIÓN COMPRENDIDA DESDE LA FECHA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y HASTA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, INVARIABLEMENTE A LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ PRESENTARSE VIGENTE. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
5	13274	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 4	ANEXO NÚMERO 4, ANEXO TÉCNICO, TÉRMINOS Y CONDICIONES DICE: EL PROVEEDOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 55 DE LA LAASSP, DEBERÁ PROPORCIONAR SIN COSTO PARA EL INSTITUTO, LA CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS	FAVOR DE ATENDER AL ANEXO "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN, EQUIPO EN COMODATO" DEL PRESENTE DOCUMENTO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**

Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

NO. CONSECUTIVO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					<p>MÉDICOS EN COMODATO, QUE RESULTEN NECESARIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS INSUMOS ADJUDICADOS, CONFORME AL ANEXO NO. 2 (DOS) "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN", EN UN PERIODO DE MÁXIMO 10 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE DE LA FECHA DE FALLO.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME LA CANTIDAD DE EQUIPOS EN COMODATO REQUERIDOS PARA EL USO DE LOS CONSUMIBLES, ASÍ COMO SU GUÍA DE DISTRIBUCIÓN. FAVOR DE ACLARAR</p>	
6	13275	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 3	<p>DEL ANEXO NÚMERO 3 (TRES) REQUERIMIENTO, DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA. DE LA PARTIDA 1. DE LAS CLAVES SAI 379. 200. 4057. 00. 01 Y 379.200.4065.00.01, ACORDE A LAS DESCRIPCIONES DE LAS CLAVES SAI SOLICITADAS, SE ENTIENDE QUE EL CIRCUITO DEBE DE CONTAR CON CABLE CALEFACTOR Y SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
7	13276	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 3	<p>DEL ANEXO NÚMERO 3 (TRES) REQUERIMIENTO, DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA. DE LA PARTIDA 1. DE LA CLAVE SAI: 379. 817. 0282. 00. 02, SE ENTIENDE EL SISTEMA CPAP DE BURBUJA A OFERTAR DEBE DE INCLUIR TUBULADURA DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 3 A 10 CMH20 PARA EL CONTROL DE LA PRESIÓN ADMINISTRADA AL PACIENTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
8	13277	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 3	<p>DE LA PARTIDA 1, CLAVE SAI 379.808.8195.00.00 Y 379.808.8336.00.00 ENTENDEMOS QUE AL SOLICITAR UN CONSUMIBLE DEBERÁ DE INTEGRARSE EN LA PROPUESTA TÉCNICA EL REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL SENSOR PARA SATURACIÓN DE OXÍGENO (SPO2) SOLICITADO, PARA ASEGURAR QUE CUENTAN CON LA AUTORIZACIÓN SANITARIA</p>	DEBERÁ DE PRESENTAR POR CADA PARTIDA OFERTADA, EL TOTAL DE REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO POR RENGLÓN ASÍ COMO LO SOLICITADO EN TÉRMINOS Y CONDICIONES, Y DEMÁS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

NO CONSECUTIVO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACION	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					CORRESPONDIENTE DE FABRICACIÓN, ENVASADO E IMPORTACIÓN DE CADA UNO DE LOS BIENES OFERTADOS, QUE CUMPLAN CON LAS BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN Y PROTEGER LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES GARANTIZANDO QUE LOS PRODUCTOS SEAN SEGUROS, EFICACES Y DE BUENA CALIDAD, AL SER DESTINADOS PARA USO HUMANO; ASÍ COMO VERIFICAR QUE LOS BIENES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESCENCIALES DE SEGURIDAD Y SALUD. LO ANTERIOR COMO LO ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SALUD. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	CONVOCATORIA
9	13278	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 3	DE LA PARTIDA 1, CLAVE SAI 379.808.8336.00.00 Y 379.808.8195.00.00 ENTENDEMOS QUE AL SOLICITARSE UNA CLAVE ESPECÍFICA DEBE DE OFERTARSE UN SENSOR QUE DEBE DE CUMPLIR CABALMENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE, CORRESPONDIENTES A LAS CLAVES SAI PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD, FIABILIDAD Y PRECISIÓN EN RESULTADOS DEL PROTOCOLO DE TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL, CON EL EQUIPO: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (PARA TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL). MARCA: MASIMO. MODELO: RAD 97, RAD G, RADICAL 7. CON EL CUAL DEBE DE SER USADO, SEGÚN LA DESCRIPCIÓN EMITIDA Y AVALADA POR LA DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
10	13279	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 3	DE LA PARTIDA 1, CLAVE SAI 379.808.8336.00.00 Y 379.808.8195.00.00 ENTENDEMOS QUE LAS CLAVES SOLICITADA PARA ASEGURAR FIABILIDAD Y PRECISIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROTOCOLO DE TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL, CON EL EQUIPO: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL. MARCA:	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA

Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

NO. CONSECUTIVO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					MASIMO. MODELO: RADICAL 7, RAD 97. EL SENSOR SOLICITADO DEBERÁ DE CONTAR CON LA PRECISIÓN Y EXACTITUD AVALOS POR MARCA DEL EQUIPO MÉDICO CON EL QUE CUENTA LA UNIDAD MÉDICA, PARA PODER GARANTIZAR A LOS DERECHOHABIENTES RESULTADOS CERTEROS QUE NO PUEDAN EMPLEARSE CON CONSUMIBLES NO AVALADOS POR LA MARCA, LO ANTERIOR DERIVADO A QUE EL ESTUDIO DE TAMIZAJE CARDIACO NEONATAL EMPLEA MEDICIONES CON NÚMEROS DECIMALES Y MAYOR SENSIBILIDAD A LOS CAMBIOS DE SPO2, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
11	13280	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 3	DEL ANEXO NÚMERO 3 (TRES) REQUERIMIENTO, DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA. EQUIPO EN COMODATO PARTIDA 1 PARA ALTO FLUJO ADULTO PEDIÁTRICO. SE ENTIENDE EL EQUIPO A OFERTAR EN CALIDAD DE COMODATO DEBE DE CONTAR CON GENERADOR DE FLUJO Y MEZCLADOR DE AIRE/ OXÍGENO INTEGRADO, PARA SER EMPLEADO CON LOS CONSUMIBLES CLAVE SAI: 379.200.4057.00.01, 379.200.4065.00.01, 379.171.3690.00.01, 379.171.3708.00.01, 379.171.3393.00.01, 379.171.3591.00.01, 379.171.3609.00.01, 379.171.3617.00.01, Y 379.458.0088.00.01, PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES SOLICITADOS CON EL EQUIPO A OFERTAR EN CALIDAD DE COMODATO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	FAVOR DE ATENDER AL ANEXO "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN, EQUIPO EN COMODATO" DEL PRESENTE DOCUMENTO
12	13281	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 3	DEL ANEXO NÚMERO 3 (TRES) REQUERIMIENTO, DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA. EQUIPO EN COMODATO PARTIDA 1 PARA ALTO FLUJO ADULTO PEDIÁTRICO. ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO A OFERTAR EN CALIDAD DE COMODATO DEBE DE SER CAPAZ DE ADMINISTRAR UN FLUJO VARIABLE MAYOR O IGUAL DE 60 LITROS POR MINUTO,	FAVOR DE ATENDER AL ANEXO "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN, EQUIPO EN COMODATO" DEL PRESENTE DOCUMENTO





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

NO. CONSECUTIVO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					PARA SATISFACER LOS RANGOS DE FLUJO SOLICITADOS EN LAS CLAVES SAI: 379.171.3609.00.01 Y 379.171.3617.00.01, CON LAS CUALES SERÁ EMPLEADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
13	13282	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 3	DEL ANEXO NÚMERO 3 (TRES) REQUERIMIENTO, DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA. EQUIPO EN COMODATO PARTIDA 1 PARA ALTO FLUJO ADULTO PEDIÁTRICO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITAR QUE EL EQUIPO A OFERTAR TENGA UN PESO DE 2.2 KG PARA FACILITAR EL TRASLADO DENTRO DE LA UNIDAD MÉDICA Y COMODIDAD DEL MÉDICO Y PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE ATENDER AL ANEXO "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN, EQUIPO EN COMODATO" DEL PRESENTE DOCUMENTO
14	13283	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 3	DEL ANEXO NÚMERO 3 (TRES) REQUERIMIENTO, DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA. EQUIPO EN COMODATO PARTIDA 1 PARA ALTO FLUJO NEONATAL Y CPAP DE BURBUJA. SE ENTIENDE QUE EL EQUIPO A OFERTAR EN COMODATO DEBE A SU VEZ DE PROPORCIONAR DE MANERA ALTERNA TERAPIA DE CPAP DE BURBUJA, Y ALTO FLUJO NEONATAL, ¿ES CORRECTO?	FAVOR DE ATENDER AL ANEXO "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN, EQUIPO EN COMODATO" DEL PRESENTE DOCUMENTO
15	13284	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 3	DEL ANEXO NÚMERO 3 (TRES) REQUERIMIENTO, DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA. EQUIPO EN COMODATO PARTIDA 1 PARA ALTO FLUJO NEONATAL Y CPAP DE BURBUJA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EL EQUIPO A OFERTAR CUENTE CON CONTROL DE HUMEDAD Y LA TEMPERATURA SE CONTROLE DE MANERA INDEPENDIENTE EN LA CÁMARA Y EN EL CIRCUITO RESPIRATORIO, LO ANTERIOR PARA ASEGURAR UNA ADMINISTRACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA Y REDUCIR AL MÍNIMO LA CONDENSACIÓN EN EL CIRCUITO RESPIRATORIO. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE ATENDER AL ANEXO "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN, EQUIPO EN COMODATO" DEL PRESENTE DOCUMENTO
16	13285	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 3	DEL ANEXO NÚMERO 3 (TRES) REQUERIMIENTO, DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA. EQUIPO EN COMODATO PARTIDA 1 PARA	FAVOR DE ATENDER AL ANEXO "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN, EQUIPO EN COMODATO" DEL





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA

Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

NO. CONSECUTIVO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		DE CV			ALTO FLUJO NEONATAL Y CPAP DE BURBUJA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EL EQUIPO A OFERTAR CUENTE CON ADAPTACIÓN INTELIGENTE AL AMBIENTE, LO ANTERIOR PARA MANTENER UNA HUMEDAD ÓPTIMA A LO LARGO DE UNA AMPLIA VARIEDAD DE CONDICIONES AMBIENTALES. ¿SE ACEPTA?	PRESENTE DOCUMENTO
17	13286	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 3	DEL ANEXO NÚMERO 3 (TRES) REQUERIMIENTO, DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA. EQUIPO EN COMODATO PARTIDA 1 PARA ALTO FLUJO NEONATAL Y CPAP DE BURBUJA. ¿ES CORRECTO ENTENDER LA TECNOLOGÍA A OFERTAR DEBE DE SER CAPAZ DE OPERAR EN MODO DE CONTROL DE HUMIDIFICACIÓN ÓPTIMA: 37 GRADOS CENTÍGRADOS, 44 MG/L Y HUMEDAD RELATIVA DEL 100%?	FAVOR DE ATENDER AL ANEXO "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN, EQUIPO EN COMODATO" DEL PRESENTE DOCUMENTO
18	13287	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 3	DEL ANEXO NÚMERO 3 (TRES) REQUERIMIENTO, DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA. EQUIPO EN COMODATO PARTIDA 1 PARA ALTO FLUJO NEONATAL Y CPAP DE BURBUJA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EL EQUIPO A OFERTAR CUENTE CON MODO NO INVASIVO Y MANEJE TEMPERATURAS EN LA SALIDA DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DE 31-36 GRADOS CENTÍGRADOS, Y EN LAS VÍAS ÁREA DE 28-34 GRADOS CENTÍGRADOS, LO ANTERIOR PARA BRINDAR HUMIDIFICACIÓN Y TEMPERATURAS ÓPTIMAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA TERAPIA PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE ATENDER AL ANEXO "GUÍA DE DISTRIBUCIÓN, EQUIPO EN COMODATO" DEL PRESENTE DOCUMENTO
19	13288	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 3	DE LA PARTIDA 1 RENGLÓN 28. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MASCARA NASAL NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO EVITA QUE LAMASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO CHICO PARA PACIENTES MENORES A 1 KG. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA FICHA TÉCNICA SOLICITADA





**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**

Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

NO. CONSECUTIVO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
20	13289	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 3	DE LA PARTIDA 1 RENGLÓN 32. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PRONG NASAL, PUNTAS PARA CPAP NASAL DE SILICONA SUAVE DIVERSAS MEDIDAS, 6.0 MM DIAMETRO DE NARINAS, 6.0 MM SEPARACION SEPTUM. PRESENTACION: CAJA CON 10. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA FICHA TÉCNICA SOLICITADA
21	13290	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 3	DE LA PARTIDA 1 RENGLÓN 31. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PRONG NASAL, PUNTAS PARA CPAP NASAL DE SILICONA SUAVE DIVERSAS MEDIDAS, 3.0 MM DIAMETRO DE NARINAS, 2.0 MM SEPARACION SEPTUM. PRESENTACION: CAJA CON 10. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA FICHA TÉCNICA SOLICITADA
22	13291	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 3	DE LA PARTIDA 1 RENGLÓN 30. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PRONG NASAL, PUNTAS PARA CPAP NASAL DE SILICONA SUAVE DIVERSAS MEDIDAS, 4.0 MM DIAMETRO DE NARINAS, 3.0 MM SEPARACION SEPTUM. PRESENTACION: CAJA CON 10. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA FICHA TÉCNICA SOLICITADA
23	13292	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 3	DE LA PARTIDA 1 RENGLÓN 29. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PRONG NASAL, PUNTAS PARA CPAP NASAL DE SILICONA SUAVE DIVERSAS MEDIDAS, 5.0 MM DIAMETRO DE NARINAS, 4.0 MM SEPARACION SEPTUM. PRESENTACION: CAJA CON 10. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA FICHA TÉCNICA SOLICITADA
24	13293	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 3	DE LA PARTIDA 1 RENGLÓN 42. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR BONETE GORRO PARA CPAP NASAL, MEDIDAS 22-25 CM. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA FICHA TÉCNICA SOLICITADA
25	13294	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 3	DE LA PARTIDA 1 RENGLÓN 43. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR BONETE GORRO PARA CPAP NASAL, MEDIDAS 29-36 CM. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA FICHA TÉCNICA SOLICITADA
26	13295	INNOVACION MEDICA Y	TÉCNICO	ANEXO NÚMERO 3	DE LA PARTIDA 1 RENGLÓN 44. SE SOLICITA	PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE





ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

NO CONSECUTIVO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
		TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV			AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR BONETE GORRO PARA CPAP NASAL, MEDIDAS 25-29 CM. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. ¿SE ACEPTA?	PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA FICHA TÉCNICA SOLICITADA

SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE DE ACUERDO CON EL **ARTÍCULO 43** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL NUMERALES **4.25 INCISO E)** DE LAS POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL FUNCIONARIO DESIGNADO PARA DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES, POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA Y/O REQUIRENTE FUE EL **ING. EDUARDO AGUILAR RENTERIA.- COORDINADOR BIOMEDICO DELEGACIONAL.**

LO ANTERIOR A EFECTO DE DAR A CONOCER LAS ACLARACIONES EN DICHO PROCEDIMIENTO.

ATENCIÓN
"SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL"

LIC. LUIS GODINEZ CRUZ
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE
ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.

C.P. Jaime Gabriel Grajeda Nuñez
Jefe del Departamento de Adquisición
De Bienes y Contratación de Servicios

Lic. Monserat Medina Palomera
Comprador Especializado

