



Gobierno de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA

Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS
GUBERNAMENTALES N° LA-50-GYR-050GYR012-T-18-2025
PARA LA ADQUISICION, COLOCACION Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

DOCUMENTO SOLICITADO DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	BIODIST. SA DE CV	DESARROLLOS BIOTECNOLÓGICOS DEL BAJIO, SA DE CV	INES GARCIA SANDOVAL	MARIA DE LOS ANGELES JURADO TENORIO
Escrito "Bajo protesta de decir verdad", por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para efecto de la suscripción de las proposiciones, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 1, el cual forma parte de la presente Convocatoria.	3 Inciso A)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Deberán presentar una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste "Bajo Protesta de Decir Verdad", no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, de la Ley. Anexo Número 8.	3 Inciso B)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones, conforme al Anexo Número 12 el cual forma parte de la presente Convocatoria.	3 Inciso C)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Los licitantes que deseen participar con el carácter de MIPYMES, deberán acreditar su estratificación que los clasifique con tal carácter, en términos del Anexo Número 14.	3 Inciso D)	NO APLICA (GRANDE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de Situación Fiscal (Cedula de Identificación Fiscal: documento emitido por el SAT donde se reflejan los datos de contribuyente, actividades económicas, (deberá ser referente al servicio objeto del contrato), régimen, obligaciones, etc.) nota: se anexa un formato de ejemplo en el Anexo Número 20.	3 Inciso E)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (SU ACTIVIDAD ECONOMICA)
Escrito en el que el licitante manifiesta su correo electrónico para recibir notificaciones derivadas del procedimiento de contratación en la presente licitación, podrá utilizar el ANEXO NUMERO 15 (QUINCE).	3 Inciso F)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifiesta "Bajo protesta de decir verdad", no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaría de Salud, y que por sí mismos o a través de interposita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las	3 Inciso G)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



Año de 2023
La Mujer Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA**

Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS
GOBIERNAMENTALES N° LA-50-GYR-050GYR012-T-18-2025
PARA LA ADQUISICION, COLOCACION Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS**

DOCUMENTO SOLICITADO DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA		PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	BIODIST. SA DE CV	DESARROLLOS BIOTECNOLÓGIC OS DEL BAJO, SA DE CV	INES GARCIA SANDOVAL	MARIA DE LOS ANGELES JURADO TENORIO
proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en términos del Anexo Número 9 el cual forma parte de la presente Convocatoria..						
Deberán presentar escrito en el que manifiesten "Bajo Protesta de Decir Verdad", su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero. Anexo Número 5.		3 Inciso H)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el párrafo que antecede, inclusive las Micro, Pequeñas y Medianas Empresa (MIPYMES).		3 Inciso I)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Carta Poder simple (original para cotejo y copia fotostática de la identificación oficial de quien otorga poder y quien acepta) Anexo número 7.		3 Inciso L)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
En el supuesto de que el licitante sea persona moral, deberá presentar respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad escrito bajo protesta de decir verdad que, no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, en caso de resultar adjudicado con la formalización del contrato correspondiente no se actualizará un conflicto de interés, en su caso presentar ANEXO NUMERO 23 (VEINTITRES).		3 Inciso M)	NO CUMPLE NO SE MANIFIESTA RESPECTO DE TODOS LOS SOCIOS	NO CUMPLE NO SE MANIFIESTA RESPECTO DE TODOS LOS SOCIOS	CUMPLE	CUMPLE
Escrito en el que el licitante presente declaración de integridad , en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad , que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al: ANEXO NUMERO 24 (VEINTICUATRO) el cual		3 Inciso N)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



Año de
2025
**La Mujer
Indígena**



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA

Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS
GUBERNAMENTALES N° LA-50-GYR-050GYR012-T-18-2025

PARA LA ADQUISICION, COLOCACION Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

DOCUMENTO SOLICITADO DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	BIODIST, SA DE CV	DESARROLLOS BIOTECNOLOGIC OS DEL BAJIO, SA DE CV	INES GARCIA SANDOVAL	MARIA DE LOS ANGELES JURADO TENORIO
forma parte de la presente convocatoria.					
Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana , conforme al ANEXO NÚMERO 25 (VEINTICINCO) el cual forma parte de la presente convocatoria.	3 Inciso O)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	BIODIST, SA DE CV	DESARROLLOS BIOTECNOLOGICO S DEL BAJIO, SA DE CV	INES GARCIA SANDOVAL	MARIA DE LOS ANGELES JURADO TENORIO
La propuesta económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando nombre del sistema, la clave, la descripción del mismo, unidad de medida, nombre del titular del registro sanitario, número de registro sanitario, marca, país de origen del bien o artículo, nombre del fabricante, precio unitario ofertado, importe mínimo delegacional e importe máximo delegacional, subtotal del sistema, impuesto al valor agregado y total del sistema, conforme al Anexo Número 18 , el cual forma parte de la presente Convocatoria.	3.4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA

Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS

GUBERNAMENTALES N° LA-50-GYR-050GYR012-T-18-2025
PARA LA ADQUISICION, COLOCACION Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

OBSERVACIONES

Villa de Alvarez, Colima, a 25 de Marzo de 2025.

EL LICITANTE, INES GARCIA SANDOVAL, CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3 INCISOS A,B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,N Y O; ASI COMO EL NUMERAL 3.4 Y LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA; POR LO QUE SE ACEPTA LA DOCUMENTACION LEGAL ADMINISTRATIVA DE SU PROPUESTA.

EL LICITANTE BIODIST, SA DE CV, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3 INCISO M) YA QUE EN SU ANEXO NUMERO 23 (VEINTITRES) NO SE MANIFIESTA RESPECTO DE TODOS LOS SOCIOS; POR LO QUE NO SE ACEPTA LA DOCUMENTACION LEGAL ADMINISTRATIVA DE SU PROPUESTA.

EL LICITANTE DESARROLLOS BIOTECNOLÓGICOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3 INCISO M) YA QUE EN SU ANEXO NUMERO 23 (VEINTITRES) NO SE MANIFIESTA RESPECTO DE TODOS LOS SOCIOS; POR LO QUE NO SE ACEPTA LA DOCUMENTACION LEGAL ADMINISTRATIVA DE SU PROPUESTA.

EL LICITANTE MARIA DE LOS ANGELES JUJADO TENORIO, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3 INCISO E) YA QUE EN SU ANEXO NUMERO 20 (VEINTE) CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL, EN SU ACTIVIDAD ECONOMICA NO ES REFERENTE AL SERVICIO/ADQUISICION OBJETO DEL CONTRATO, INCURRIENDO EN EL NUMERAL 10 INCISO A) DE LA CONVOCATORIA; POR LO QUE NO SE ACEPTA LA DOCUMENTACION LEGAL ADMINISTRATIVA DE SU PROPUESTA.

LIC. LUIS GONZALEZ CRUZ
ENCARGADO DE LA COORDINACION
DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

C.P. JAIME GABRIEL GRAJEDA NUÑEZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION
DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS.

LIC. MONSERRAT MEDINA PALOMERA
COMPRADOR ESPECIALIZADO



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS
GUBERNAMENTALES N° LA-50-GYR-050GYR012-T-18-2025

PARA LA ADQUISICION, COLOCACION Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

DOCUMENTO SOLICITADO DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	NEUROTITANIO, SA DE CV	ORTHO IMPLANTES, SA DE CV	TRAUMA SUPPLIES, SA DE CV
Escrito "Bajo protesta de decir verdad", por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para efecto de la suscripción de las proposiciones, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 1 , el cual forma parte de la presente Convocatoria.	3 Inciso A)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Deberán presentar una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste "Bajo Protesta de Decir Verdad", no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, de la Ley. Anexo Número 8.	3 Inciso B)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones, conforme al Anexo Número 12 el cual forma parte de la presente Convocatoria.	3 Inciso C)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Los licitantes que deseen participar con el carácter de MIPYMES, deberán acreditar su estratificación que los clasifique con tal carácter, en términos del Anexo Número 14.	3 Inciso D)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de Situación Fiscal (Cedula de Identificación Fiscal: documento emitido por el SAT donde se reflejan los datos de contribuyente, actividades económicas, (deberá ser referente al servicio objeto del contrato), régimen, obligaciones, etc.) nota: se anexa un formato de ejemplo en el Anexo Número 20.	3 Inciso E)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Escrito en el que el licitante manifiesta su correo electrónico para recibir notificaciones derivadas del procedimiento de contratación en la presente licitación, podrá utilizar el ANEXO NUMERO 15 (QUINCE).	3 Inciso F)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifiesta "Bajo protesta de decir verdad", no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaría de Salud, y que por sí mismos o a través de interposita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en términos del Anexo Número 9 el cual forma parte de la presente Convocatoria.	3 Inciso G)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



Presente Convocatoria.

Año de
2025


La Mujer
Indígena



Gobierno de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS
GUBERNAMENTALES N° LA-50-GYR-050GYR012-T-18-2025
PARA LA ADQUISICION, COLOCACION Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

DOCUMENTO SOLICITADO DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	NEUROTITANIO, SA DE CV	ORTHO IMPLANTES, SA DE CV	TRAUMA SUPPLIES, SA DE CV
Deberán presentar escrito en el que manifiesten "Bajo Protesta de Decir Verdad", su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero. Anexo Número 5.	3 Inciso H)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el párrafo que antecede, inclusive las Micro, Pequeñas y Medianas Empresa (MIPYMES).	3 Inciso I)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Carta Poder simple (original para cotejo y copia fotostática de la identificación oficial de quien otorga poder y quien acepta) Anexo número 7.	3 Inciso L)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
En el supuesto de que el licitante sea persona moral, deberá presentar respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad escrito bajo protesta de decir verdad que; no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, en caso de resultar adjudicado con la formalización del contrato correspondiente no se actualizará un conflicto de interés, en su caso presentar ANEXO NÚMERO 23 (VEINTITRES).	3 Inciso M)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Escrito en el que el licitante presente declaración de integridad , en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad , que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al ANEXO NÚMERO 24 (VEINTICUATRO) el cual forma parte de la presente convocatoria.	3 Inciso N)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad , que es de nacionalidad mexicana , conforme al ANEXO NÚMERO 25 (VEINTICINCO) el cual forma parte de la presente convocatoria.	3 Inciso O)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



2025
Año de
La Mujer
Indígena




Gobierno de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA

Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES N° LA-50-GYR-050GYR012-T-18-2025
PARA LA ADQUISICION, COLOCACION Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	NEUROTITANIO, SA DE CV	ORTHO IMPLANTES, SA DE CV	TRAUMA SUPPLIES, SA DE CV
La propuesta económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando nombre del sistema, la clave, la descripción del mismo, unidad de medida, nombre del titular del registro sanitario, número de registro sanitario, marca, país de origen del bien o artículo, nombre del fabricante, precio unitario ofertado, importe mínimo delegacional e importe máximo delegacional, subtotal del sistema, impuesto al valor agregado y total del sistema, conforme al Anexo Número 18, el cual forma parte de la presente Convocatoria.	3.4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES

LOS LICITANTES NEUROTITANIO, S.A. DE C.V., ORTHO IMPLANTES, S.A. DE C.V. Y TRAUMA SUPPLIES, S.A. DE C.V. CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 3 INCISOS A,B,C,D,E,F,G,H,I,M,N Y O; ASI COMO EL NUMERAL 3.4 Y LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA; POR LO QUE SE ACEPTA LA DOCUMENTACION LEGAL ADMINISTRATIVA DE SU PROPUESTA.

LIC. LUIS GONZALEZ CRUZ
ENCARGADO DE LA COORDINACION
DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

C.P. JAIME GABRIEL GRAJEDA NUÑEZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION
DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS.

LIC. MONSERRAT MEDINA PALOMERA
COMPRADOR ESPECIALIZADO

Villa de Álvarez, Colima., a 25 de Marzo de 2025.

2025
Año de
La Mujer
Indígena





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Colima
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa.

Memorándum N° 06 9001 200100/CAOA/2025/0203
Colima, Col. a 24 de marzo de 2025

Lic. Luis Godínez Cruz

Enc. de la Coord. de Abast. y Equipamiento
OOADR Colima
Presente


At'n. Lic. Gpe. Monserrat Medina Palomera
Oficina de Adquisición de Bienes
y Contratación de Servicios

En atención al proceso de Evaluación Técnica del evento de **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-50-GYR-050GYR012-T-18-2025**, me permito entregar un tanto en original de los siguientes documentos:


1. Evaluación Técnica de los proveedores: BIODIST, S.A. DE C.V., Desarrollos Biotecnológicos del Bajío SA de CV.; Ines Garcia Sandoval; Maria de los Angeles Jurado Tenorio; NEUROTITANIO SA DE CV.; Ortho Implantes, S.A. de C.V.; Trauma Supplies, S.A. de C.V.

Lo anterior para continuar con el proceso correspondiente.

Atentamente


Dr. José Luis Vázquez Urdiano
Coordinador de Prevención y Atención a la Salud



Elaboró: 
Lic. Marlene H. Pelayo Contreras



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Doroteo Lopez No. 442, Col. Magisterial, CP. 28030, Colima, Colima. Tel: (312) 31 4 6199 www.imss.gob.mx



Gobierno de
México

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



EVALUACIÓN TÉCNICA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA N° LA-50-GYR-050GYR012-N-18-2025 ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL EJERCICIO 2025

Empresa Licitante: BIODIST SA DE CV

DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Cumplimiento
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados. Anexo 3	3.3 inciso A)	Cumple
Deberá de presentar folletos, catálogos y/o fotografías debidamente referenciados necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes, debidamente referenciados. En caso de catálogos ó folletos en inglés, deberán presentarse con traducción en idioma español los puntos referenciados. NOTA: (tratándose de bienes terapéuticos que requieran de instructivos y manuales de uso, se deberán presentar en idioma español, conforme a los marbetes autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).	3.3 inciso B)	Cumple
Carta del fabricante en papel membretado y con firma autógrafa del mismo, en la que éste manifieste respaldar la propuesta técnica señalando que: - Se compromete a presentar las especificaciones técnicas de calidad, métodos de prueba, sustancias de referencia y los estudios de estabilidad acelerada y a largo plazo, así como la validación de métodos de prueba de los insumos que oferta, en el momento que se le requiera. - Los productos cumplen con lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos de Mexicanos y sus suplementos, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales así como las especificaciones Técnicas y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante por la(s) clave(s) en la(s) que participe, conforme al Anexo Número 13 (Trece), el cual forma parte de la presente Convocatoria. Esta carta podrá ser firmada por el distribuidor primario (quien representa al fabricante en México, como titular de los registros sanitarios de los bienes de los derechos para comercializar sus productos en el país). Anexo número 13	3.3 inciso C)	Cumple
Para bienes Nacionales . Escrito en el que el licitante manifiesta "Bajo protesta de decir verdad", que la totalidad de los bienes que oferta y que entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y que además contendrán como mínimo, el grado de contenido nacional de por lo menos el 65%, conforme al Anexo Número 10 , el cual forma parte de la presente Convocatoria.	3.3 inciso D)	Cumple
Para bienes de Importación . Escrito "Bajo Protesta de Decir Verdad", para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 de las Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la cobertura de Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados	3.3 inciso E)	Cumple





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS



DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Cumplimiento
Unidos Mexicanos. Anexo Número 19 (Diecinueve).		
Copia simple de los documentos descritos en el numeral 3.1 de la presente convocatoria, según corresponda: <u>PARA FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES:</u> A) Copia legible del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de clave propuesta. así como los anexos correspondientes al marbete, que acredite fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Cuadro Básico (el no presentar los proyectos de marbetes no será motivo de desechamiento). B) En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar: • Copia simple legible del Registro Sanitario sometido a prórroga. • Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS con sello de recibido. C) En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, el licitante deberá presentar copia legible de la constancia oficial expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, en el que se indique que lo exime del mismo; la cual estará vigente, en tanto la SSA no expida la resolución sobre la solicitud de Registro Sanitario de los productos que estén situados en el anexo UNO del "Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2011. D) En caso de los bienes ofertados que estén situados en el anexo DOS del "Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2011, el licitante deberá presentar copia legible de la constancia oficial expedida por la	3.3 inciso G)	Cumple



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS




DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Cumplimiento
SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, en el que se indique que lo exige del mismo, o en su caso, <u>deberá presentar copia legible de la solicitud que se encuentra bajo trámite ante la SSA</u> , al momento de la publicación del Acuerdo citado. De ser el caso, los registros sanitarios podrán ser presentados agrupados por familia y marca de producto.		
Copia simple de los documentos indicados en el numeral 3.2 de la presente convocatoria, según corresponda: El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala: A) Aviso de Funcionamiento. B) Autorización del Responsable Sanitario El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala: Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, NOM-137-SSA-2008 y NOM 241-SSA1-2021 De ser el caso, tanto los Certificados de Libre venta como los Certificados de Calidad podrán ser presentados agrupados por familia y marca de producto.	3.3. inciso H)	Cumple
Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Términos y Condiciones	Numeral 4	Cumple
Manifiesto de Información Reservada y confidencial Anexo Número 17 (diecisiete) , de la presente convocatoria.	OPCIONAL	Cumple

1. Para la Partida 4. El proveedor CUMPLE con lo numerales 3.3 Inciso A, B, C, D, E, F, G y H por lo que SE ACEPTA técnicamente su propuesta.
2. Para la partida 5. El proveedor CUMPLE con lo numerales 3.3 Inciso A, B, C, D, E, F, G y H, por lo que SE ACEPTA técnicamente su propuesta.


Dr. José Luis Vazquez Urdiano
Coordinador de Prevención y Atención a la Salud

Colima, Col., a 24 de Marzo de 2025


Dr. Rogelio Ramos Naranjo
Médico Supervisor de Hospitales



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS



EVALUACIÓN TÉCNICA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA N° LA-50-GYR-050GYR012-N-18-2025 ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL EJERCICIO 2025

Empresa Licitante: DESARROLLOS BIOTECNOLÓGICOS DEL BAJIO SA DE CV

DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Cumplimiento
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados. Anexo 3	3.3 inciso A)	Cumple
Deberá de presentar folletos, catálogos y/o fotografías debidamente referenciados necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes, debidamente referenciados. En caso de catálogos ó folletos en inglés, deberán presentarse con traducción en idioma español los puntos referenciados. NOTA: (tratándose de bienes terapéuticos que requieran de instructivos y manuales de uso, se deberán presentar en idioma español, conforme a los marbetes autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).	3.3 inciso B)	Cumple
Carta del fabricante en papel membretado y con firma autógrafa del mismo, en la que éste manifieste respaldar la propuesta técnica señalando que: - Se compromete a presentar las especificaciones técnicas de calidad, métodos de prueba, sustancias de referencia y los estudios de estabilidad acelerada y a largo plazo, así como la validación de métodos de prueba de los insumos que oferta, en el momento que se le requiera. - Los productos cumplen con lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos de Mexicanos y sus suplementos, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales así como las especificaciones Técnicas y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante por la(s) clave(s) en la(s) que participe, conforme al Anexo Número 13 (Trece), el cual forma parte de la presente Convocatoria. Esta carta podrá ser firmada por el distribuidor primario (quien representa al fabricante en México, como titular de los registros sanitarios de los bienes de los derechos para comercializar sus productos en el país). Anexo número 13	3.3 inciso C)	Cumple
Para bienes Nacionales . Escrito en el que el licitante manifiesta "Bajo protesta de decir verdad", que la totalidad de los bienes que oferta y que entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y que además contendrán como mínimo, el grado de contenido nacional de por lo menos el 65%, conforme al Anexo Número 10 , el cual forma parte de la presente Convocatoria.	3.3 inciso D)	Cumple
Para bienes de Importación . Escrito "Bajo Protesta de Decir Verdad", para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 de las Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la cobertura de Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados	3.3 inciso E)	Cumple



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS



DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Cumplimiento
Unidos Mexicanos. Anexo Número 19 (Diecinueve).		
Copia simple de los documentos descritos en el numeral 3.1 de la presente convocatoria, según corresponda: <u>PARA FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES:</u> A) Copia legible del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de clave propuesta, así como los anexos correspondientes al marbete, que acredite fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Cuadro Básico (el no presentar los proyectos de marbetes no será motivo de desechamiento). B) En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar: • Copia simple legible del Registro Sanitario sometido a prórroga. • Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS con sello de recibido. C) En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, el licitante deberá presentar copia legible de la constancia oficial expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, en el que se indique que lo exime del mismo; la cual estará vigente, en tanto la SSA no expida la resolución sobre la solicitud de Registro Sanitario de los productos que estén situados en el anexo UNO del "Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2011. D) En caso de los bienes ofertados que estén situados en el anexo DOS del "Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2011, el licitante deberá presentar copia legible de la constancia oficial expedida por la	3.3 inciso G)	Cumple



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS




DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Cumplimiento
SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, en el que se indique que lo exige del mismo, o en su caso, <u>deberá presentar copia legible de la solicitud que se encuentra bajo trámite ante la SSA</u> , al momento de la publicación del Acuerdo citado. De ser el caso, los registros sanitarios podrán ser presentados agrupados por familia y marca de producto.		
Copia simple de los documentos indicados en el numeral 3.2 de la presente convocatoria, según corresponda: El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala: A) Aviso de Funcionamiento. B) Autorización del Responsable Sanitario El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala: Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, NOM-137-SSA-2008 y NOM 241-SSA1-2021 De ser el caso, tanto los Certificados de Libre venta como los Certificados de Calidad podrán ser presentados agrupados por familia y marca de producto.	3.3. inciso H)	Cumple
Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Términos y Condiciones	Numeral 4	Cumple
Manifiesto de Información Reservada y confidencial Anexo Número 17 (diecisiete) , de la presente convocatoria.	OPCIONAL	Cumple

1. Para la Partida 4. El proveedor CUMPLE con lo numerales 3.3 Inciso A, B, C, D, E, F, G y H por lo que SE ACEPTA técnicamente su propuesta.


Dr. José Luis Vazquez Urdiano
Coordinador de Prevención y Atención a la Salud

Colima, Col., a 24 de Marzo de 2025


Dr. Rogelio Ramos Naranjo
Médico Supervisor de Hospitales



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS



EVALUACIÓN TÉCNICA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA N° LA-50-GYR-050GYR012-N-18-2025 ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL EJERCICIO 2025

Empresa Licitante: INES GARCIA SANDOVAL

DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Cumplimiento
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados. Anexo 3	3.3 inciso A)	
Deberá de presentar folletos, catálogos y/o fotografías debidamente referenciados necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes, debidamente referenciados. En caso de catálogos ó folletos en inglés, deberán presentarse con traducción en idioma español los puntos referenciados. NOTA: (tratándose de bienes terapéuticos que requieran de instructivos y manuales de uso, se deberán presentar en idioma español, conforme a los marbetes autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).	3.3 inciso B)	No cumple con la totalidad de las claves, al final se especifica.
Carta del fabricante en papel membretado y con firma autógrafa del mismo, en la que éste manifieste respaldar la propuesta técnica señalando que: - Se compromete a presentar las especificaciones técnicas de calidad, métodos de prueba, sustancias de referencia y los estudios de estabilidad acelerada y a largo plazo, así como la validación de métodos de prueba de los insumos que oferta, en el momento que se le requiera. - Los productos cumplen con lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos de Mexicanos y sus suplementos, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales así como las especificaciones técnicas y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante por la(s) clave(s) en la(s) que participe, conforme al Anexo Número 13 (Trece), el cual forma parte de la presente Convocatoria. Esta carta podrá ser firmada por el distribuidor primario (quien representa al fabricante en México, como titular de los registros sanitarios de los bienes de los derechos para comercializar sus productos en el país). Anexo número 13	3.3 inciso C)	Cumple
Para bienes Nacionales . Escrito en el que el licitante manifiesta "Bajo protesta de decir verdad", que la totalidad de los bienes que oferta y que entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y que además contendrán como mínimo, el grado de contenido nacional de por lo menos el 65%, conforme al Anexo Número 10 , el cual forma parte de la presente Convocatoria.	3.3 inciso D)	Cumple
Para bienes de Importación . Escrito "Bajo Protesta de Decir Verdad", para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 de las Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la cobertura de Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados	3.3 inciso E)	Cumple



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS



DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Cumplimiento
Unidos Mexicanos. Anexo Número 19 (Diecinueve).		
Copia simple de los documentos descritos en el numeral 3.1 de la presente convocatoria, según corresponda: <u>PARA FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES:</u> A) Copia legible del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de clave propuesta, así como los anexos correspondientes al marbete, que acredite fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Cuadro Básico (el no presentar los proyectos de marbetes no será motivo de desechamiento). B) En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar: • Copia simple legible del Registro Sanitario sometido a prórroga. • Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS con sello de recibido. C) En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, el licitante deberá presentar copia legible de la constancia oficial expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, en el que se indique que lo exime del mismo; la cual estará vigente, en tanto la SSA no expida la resolución sobre la solicitud de Registro Sanitario de los productos que estén situados en el anexo UNO del "Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2011. D) En caso de los bienes ofertados que estén situados en el anexo DOS del "Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2011, el licitante deberá presentar copia legible de la constancia oficial expedida por la	3.3 inciso G)	No cumple con la totalidad de las claves. Al final se especifican



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS



DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Cumplimiento
SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, en el que se indique que lo exige del mismo, o en su caso, <u>deberá presentar copia legible de la solicitud que se encuentra bajo trámite ante la SSA</u> , al momento de la publicación del Acuerdo citado. De ser el caso, los registros sanitarios podrán ser presentados agrupados por familia y marca de producto.		
Copia simple de los documentos indicados en el numeral 3.2 de la presente convocatoria, según corresponda: El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala: A) Aviso de Funcionamiento. B) Autorización del Responsable Sanitario El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala: • Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, NOM-137-SSA-2008 y NOM 241-SSA1-2021 De ser el caso, tanto los Certificados de Libre venta como los Certificados de Calidad podrán ser presentados agrupados por familia y marca de producto.	3.3. inciso H)	Cumple
Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Términos y Condiciones	Numeral 4	Cumple
Manifiesto de Información Reservada y confidencial Anexo Número 17 (diecisiete) , de la presente convocatoria.	OPCIONAL	Cumple

Partida 1: Incumple en lo siguiente en la revisión documental

Renglón	Partida	Sistema	Subsistema	Clave	Descripción	Unidad	REGISTRO COFEPRIS	CATALOGO	CALIDAD	OBSERVACIONES
1	1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE CADERA	HEMIARTROPLASTIA DE CADERA	060 746 0243	Prótesis bicéntrica o bipolar de 22.0 mm a 32.0 mm con diámetro interno de 22.0 mm a 32.0 mm. Diámetro externo de 40.0 mm a 58.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Zaragoza N° 199, Colonia Alta Villa, Villa de Alvarez, Colima C.P. 28987 Tel. 312 311 4021, Ext. 224 www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS



2	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	HEMIARTROPLASTIA DE CADERA	060 746 7131	Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroplastía, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
3	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060. 067 0111	Anillo de reforzamiento acetabular de acero inoxidable o titanio, con orificios para tornillos de 6.0 mm y de 6.5 mm. Diámetro externo: de 44.0 mm a 52.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
4	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060 898 2211	Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm y de 6.5 mm. Longitud de 20.0 mm a 40.0 mm. Incluye todas las medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
5	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060 748 3427	Componentes femorales cementados, vástago recto, ángulo cérico diafisario de 125 a 135 grados, ranuras para centralizador distal, cono 12-14, para los sistemas que lo requieran. Ancho de: 8.5 mm a 14.5	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS



					mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.					
6	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060 748 4169	Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multirradiación, con ceja de 10 a 20 grados, alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 22 mm ó 28 mm, estéril. Diámetro externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
7	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060 748 4805	Componentes acetabulares con base metálica de titanio, con recubrimiento poroso y superficie articular metálica de 22 mm ó 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 40.0 mm a 71.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
8	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060 747 5985	Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. Longitud: de 15.0.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
9	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060 747 7007	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Zaragoza N° 199, Colonia Alta Villa, Villa de Alvarez, Colima C.P. 28987 Tel. 312 311 4021, Ext. 224 www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS



10	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060 747 7031	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 32 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
11	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060 747 7064	Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 28 mm de diámetro, cono 12- 14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
12	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060 747 7098	Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 32 mm de diámetro cono 12- 14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
13	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060 746 9715	Componentes femorales no cementados. Componentes femorales, con cono 12-14, ángulo cervico diafisario en el rango de 125 a 145 grados y aditamento antirrotacional. Ancho: de 5.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Zaragoza N° 199, Colonia Alta Villa, Villa de Alvarez, Colima C.P. 28987 Tel. 312 311 4021, Ext. 224 www.imss.gob.mx



14	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060 746 9947	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 28 mm para copa metálica diámetro externo: de 46.0 mm a 62.0 mm incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
15	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060 748 5612	Componentes femorales. Vástago para revisión de 180 mm a 260 mm de Longitud, con cono 12-14. Diámetro de 7.0 a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
16	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060 747 6991	Vástago para revisión con o sin sustitución de calcar, 225 mm a 250 mm de longitud, con cono de 12-14 Además comprende dimensiones entre las especificadas. Diámetro: 13.00 mm a 22.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
17	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060 353 0015	Espaciadores de metilmetacrilato prefabricados para cadera, Diámetro de la cabeza de : 46.0 mm a 61.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
18	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	060 746 9962	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 32 mm, para copa metálica. Además,	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS



					comprende dimensiones intermedias entre las señaladas. Diámetro externo: de 50.0.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas					
19	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE HOMBRO Y CODO	HEMIARTROPLASTÍA DE HOMBRO	060 748 4086	Cabeza humeral, de cromo-cobalto o cromo-cobalto-molibdeno, de 40 mm a 56 mm de diámetro. altura: de 12.0 mm a 21.0 mm. incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
20	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE HOMBRO Y CODO	HEMIARTROPLASTÍA DE HOMBRO	060 748 4128	Componente humeral cementado o no cementado. con diámetro distal de 6 mm a 14 mm, y longitud de 110 mm a 220 mm incluyen medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
21	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE HOMBRO Y CODO	ARTROPLASTIA TOTAL DE HOMBRO	060 748 4128	Componente humeral cementado o no cementado. con diámetro distal de 6 mm a 14 mm, y longitud de 110 mm a 220 mm incluyen medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
22	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE HOMBRO Y CODO	HEMIARTROPLASTÍA DE HOMBRO	060 746 3517	Para hombro. Prótesis reversa. Componente glenoideo, esfera glenoidea de cromo-cobalto, diámetros de 33 a 42 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
23	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE HOMBRO Y CODO	HEMIARTROPLASTÍA DE HOMBRO	060 746 3524	Para hombro. Prótesis reversa. Componente glenoideo, placa base de 25 a 29 mm de diámetro, con poste o tornillo de 6.5 a 9.5 mm de diámetro y de 30 a	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Zaragoza N° 199, Colonia Alta Villa, Villa de Alvarez, Colima C.P. 28987 Tel. 312 311 4021, Ext. 224 www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS



					50 mm de largo, incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.					
24	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE HOMBRO Y CODO	HEMIARTROPLASTÍA DE HOMBRO	060 746 3531	Para hombro. Prótesis reversa. Componente glenoideo, tornillo de cortical o esponjosa de 4.5 a 6.0 mm de diámetro y de 20 a 54 mm de longitud, incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
25	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE HOMBRO Y CODO	HEMIARTROPLASTÍA DE HOMBRO	060 746 3538	Para hombro. Prótesis reversa. Componente humeral, vástago de 6 a 16 mm de diámetro, de 110 a 150 mm de longitud, incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
26	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE HOMBRO Y CODO	HEMIARTROPLASTÍA DE HOMBRO	060 746 3545	Para hombro. Prótesis reversa. Componente humeral, inserto de lateralización de polietileno, de 33 a 42 mm de diámetro y de 0 a 15 mm de altura, incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
27	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE HOMBRO Y CODO	HEMIARTROPLASTÍA DE CODO	060 746 3552	Para codo. Prótesis de cabeza radial. Cabeza radial con diámetro de 18 a 28 mm, de 10 a 18 mm de altura, de cromo-cobalto, incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Zaragoza N° 199, Colonia Alta Villa, Villa de Alvarez, Colima C.P. 28987 Tel. 312 311 4021, Ext. 224 www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS



28	1	SISTEMA ARTROPLASTIA DE HOMBRO Y CODO	HEMIARTROPLASTIA DE CODO	060 746 3559	Para codo. Prótesis de cabeza radial. Vástago de 5 a 12 mm de diámetro, de 22 a 30 mm de longitud, incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
29	1	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060 230 0162	Componente patelar. Tamaño: pequeño, estándar o grande	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
30	1	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060 508 0563	Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado con estabilizador posterior modular o total, con espesor mínimo de 8 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Tamaño: Extrachico, Chico, Mediano o Grande o su correspondiente en mm	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	LAS MEDIDAS DEL REGISTRO SANITARIO SON DE 10 A 20MM
31	1	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060 747 0754	Componentes femorales primarios, de cromo-cobalto, con o sin vástago central. Tamaño: Extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	NO SE ENCUENTRA REGISTRO SANITARIO
32	1	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060 731 0018	Platillo Tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extrapequeño- pequeño.	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	NO SE ENCUENTRA REGISTRO SANITARIO
33	1	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060 747 0838	Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, preserva el ligamento cruzado posterior, para	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	LAS MEDIDAS DEL REGISTRO SANITARIO SON DE 10 A 20MM



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Zaragoza N° 199, Colonia Alta Villa, Villa de Alvarez, Colima C.P. 28987 Tel. 312 311 4021, Ext. 224 www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS



					prótesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.					
34	1	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060 748 0936	Extensión para base tibial de revisión y de rescate. Vástago medial lateral. Compatibles con el platillo tibial.	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
35	1	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060 747 0952	Componentes femorales. Componentes femorales secundarios, para revisión, con o sin vástago central y cajón estabilizador para recepción de extensión. Con borde interno de: 60.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
36	1	SISTEMA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA	060 747 1174	Cuñas tibiales reversibles, para pérdida medial o lateral. Compatibles con el platillo tibial. Tamaño: Extrapequeña, pequeña, mediana, grande o extragrande.	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
37	1	SISTEMA CEMENTO PARA HUESO	CEMENTO PARA HUESO	060 182 0087	Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Viscosidad normal o doble viscosidad.	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No presento información
38	1	SISTEMA CEMENTO PARA HUESO	CEMENTO PARA HUESO	060 182 1432	Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero.	Pieza	No Cumple	No Cumple	No Cumple	REGISTRO VENCIDO

Partida 1: Incumple en lo siguiente en la revisión física:





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS

Rengló n	Partida	Sistema	Subsistema	CLAVE	DESCRIPCIÓN	Unidad	Evaluación Física (Cumple, No cumple)	Observa ciones (Solo si no cumple)
1	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	HEMIARTROPLASTIA DE CADERA	60 746 243	Prótesis bicéntrica o bipolar de 22.0 mm a 32.0 mm con diámetro interno de 22.0.0 mm a 32.0 mm. Diámetro externo de 40.0.0 mm a 58.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	Pieza	No cumple	No presentó clave
3	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	60 67 111	Anillo de reforzamiento acetabular de acero inoxidable o titanio, con orificios para tornillos de 6.0 mm y de 6.5 mm. Diámetro externo: de 44.0 mm a 52.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	No cumple	No presentó clave
4	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	60 898 2211	Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm y de 6.5 mm. Longitud de 20.0 mm a 40.0 mm. Incluye todas las medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	No cumple	No presentó clave
5	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	60 748 3427	Componentes femorales cementados, vástago recto, ángulo céntrico diafisario de 125 a 135 grados, ranuras para centralizador distal, cono 12-14, para los sistemas que lo requieran. Ancho de: 8.5 mm a 14.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	No cumple	No presentó clave
6	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	60 748 4169	Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multirradiación, con ceja de 10 a 20 grados, alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 22 mm ó 28 mm, estéril. Diámetro externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	No cumple	No presentó clave
7	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	60 748 4805	Componentes acetabulares con base metálica de titanio, con recubrimiento poroso y superficie articular metálica de 22 mm ó 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 40.0 mm a 71.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	No cumple	No presentó clave
8	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	60 747 5985	Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. Longitud: de 15.0.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	No cumple	No presentó clave
9	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	60 747 7007	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.	Pieza	No cumple	No presentó clave
10	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	60 747 7031	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 32 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.	Pieza	No cumple	No presentó clave



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS



11	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	60 747 7064	Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	Pieza	No cumple	No presentó clave
12	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	60 747 7098	Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 32 mm de diámetro cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	No cumple	No presentó clave
13	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	60 746 9715	Componentes femorales no cementados. Componentes femorales, con cono 12-14, ángulo cérico diáfisario en el rango de 125 a 145 grados y aditamento antirrotacional. Ancho: de 5.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	No cumple	No presentó clave
14	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	60 746 9947	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 28 mm para copa metálica diámetro externo: de 46.0 mm a 62.0 mm incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	No cumple	No presentó clave
15	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	60 748 5612	Componentes femorales. Vástago para revisión de 180 mm a 260 mm de Longitud, con cono 12-14. Diámetro de 7.0 a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	No cumple	No presentó clave
16	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	60 747 6991	Vástago para revisión con o sin sustitución de calcar, 225 mm a 250 mm de longitud, con cono de 12-14 Además comprende dimensiones entre las especificadas. Diámetro: 13.00 mm a 22.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	Pieza	No cumple	No presentó clave
17	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	60 353 15	Espaciadores de metilmetacrilato prefabricados para cadera, Diámetro de la cabeza de : 46.0 mm a 61.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	No cumple	No presentó clave
18	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE CADERA	ARTROPLASTÍA DE CADERA	60 746 9962	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 32 mm, para copa metálica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las señaladas. Diámetro externo: de 50.0.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	No cumple	No presentó clave
19	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE HOMBRO Y CODO	HEMIARTROPLASTÍA DE HOMBRO	60 748 4086	Cabeza humeral, de cromo-cobalto o cromo-cobalto-molibdeno, de 40 mm a 56 mm de diámetro. altura: de 12.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	No cumple	No presentó clave
20	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE HOMBRO Y CODO	HEMIARTROPLASTÍA DE HOMBRO	60 748 4128	Componente humeral cementado o no cementado. con diámetro distal de 6 mm a 14 mm, y longitud de 110 mm a 220 mm incluyen medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	No cumple	No presentó clave
21	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE HOMBRO Y CODO	ARTROPLASTIA TOTAL DE HOMBRO	60 748 4128	Componente humeral cementado o no cementado. con diámetro distal de 6 mm a 14 mm, y longitud de 110 mm a 220 mm incluyen medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	No cumple	No presentó clave



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Zaragoza N° 199, Colonia Alta Villa, Villa de Alvarez, Colima C.P. 28987 Tel. 312 311 4021, Ext. 224 www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS

22	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE HOMBRO Y CODO	HEMIARTROPLASTÍA DE HOMBRO	60 746 3517	Para hombro. Prótesis reversa. Componente glenoideo, esfera glenoidea de cromo-cobalto, diámetros de 33 a 42 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	Pieza	No cumple	No presentó clave
23	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE HOMBRO Y CODO	HEMIARTROPLASTÍA DE HOMBRO	60 746 3524	Para hombro. Prótesis reversa. Componente glenoideo, placa base de 25 a 29 mm de diámetro, con poste o tornillo de 6.5 a 9.5 mm de diámetro y de 30 a 50 mm de largo, incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	No cumple	No presentó clave
24	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE HOMBRO Y CODO	HEMIARTROPLASTÍA DE HOMBRO	60 746 3531	Para hombro. Prótesis reversa. Componente glenoideo, tornillo de cortical o esponjosa de 4.5 a 6.0 mm de diámetro y de 20 a 54 mm de longitud, incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	No cumple	No presentó clave
25	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE HOMBRO Y CODO	HEMIARTROPLASTÍA DE HOMBRO	60 746 3538	Para hombro. Prótesis reversa. Componente humeral, vástago de 6 a 16 mm de diámetro, de 110 a 150 mm de longitud, incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	No cumple	No presentó clave
26	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE HOMBRO Y CODO	HEMIARTROPLASTÍA DE HOMBRO	60 746 3545	Para hombro. Prótesis reversa. Componente humeral, inserto de lateralización de polietileno, de 33 a 42 mm de diámetro y de 0 a 15 mm de altura, incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	No cumple	No presentó clave
27	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE HOMBRO Y CODO	HEMIARTROPLASTÍA DE CODO	60 746 3552	Para codo. Prótesis de cabeza radial. Cabeza radial con diámetro de 18 a 28 mm, de 10 a 18 mm de altura, de cromo-cobalto, incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	No cumple	No presentó clave
28	1	SISTEMA ARTROPLASTÍA DE HOMBRO Y CODO	HEMIARTROPLASTÍA DE CODO	60 746 3559	Para codo. Prótesis de cabeza radial. Vástago de 5 a 12 mm de diámetro, de 22 a 30 mm de longitud, incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	No cumple	No presentó clave

1. Para la partida 1. El proveedor NO CUMPLE con lo numerales 3.3 inciso B y G, por lo que NO SE ACEPTA técnicamente su propuesta.

Colima, Col., a 24 de Marzo de 2025

Dr. José Luis Vázquez Urdiano
Coordinador de Prevención y Atención a la Salud

Dr. Rogelio Ramos Naranjo
Médico Supervisor de Hospitales



2025
Año de
La Mujer
Indígena



**Gobierno de
México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS



EVALUACIÓN TÉCNICA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA N° LA-50-GYR-050GYR012-N-18-2025 ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL EJERCICIO 2025

Empresa Licitante: MARIA DE LOS ANGELES JURADO TENORIO

DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Cumplimiento
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados. Anexo 3	3.3 inciso A)	Cumple
Deberá de presentar folletos, catálogos y/o fotografías debidamente referenciados necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes, debidamente referenciados. En caso de catálogos ó folletos en inglés, deberán presentarse con traducción en idioma español los puntos referenciados. NOTA: (tratándose de bienes terapéuticos que requieran de instructivos y manuales de uso, se deberán presentar en idioma español, conforme a los marbetes autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).	3.3 inciso B)	Cumple
Carta del fabricante en papel membretado y con firma autógrafa del mismo, en la que éste manifieste respaldar la propuesta técnica señalando que: - Se compromete a presentar las especificaciones técnicas de calidad, métodos de prueba, sustancias de referencia y los estudios de estabilidad acelerada y a largo plazo, así como la validación de métodos de prueba de los insumos que oferta, en el momento que se le requiera. - Los productos cumplen con lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos de Mexicanos y sus suplementos, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales así como las especificaciones Técnicas y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante por la(s) clave(s) en la(s) que participe, conforme al Anexo Número 13 (Trece), el cual forma parte de la presente Convocatoria. Esta carta podrá ser firmada por el distribuidor primario (quien representa al fabricante en México, como titular de los registros sanitarios de los bienes de los derechos para comercializar sus productos en el país). Anexo número 13	3.3 inciso C)	Cumple
Para bienes Nacionales . Escrito en el que el licitante manifiesta "Bajo protesta de decir verdad", que la totalidad de los bienes que oferta y que entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y que además contendrán como mínimo, el grado de contenido nacional de por lo menos el 65%, conforme al Anexo Número 10 , el cual forma parte de la presente Convocatoria.	3.3 inciso D)	Cumple
Para bienes de Importación . Escrito "Bajo Protesta de Decir Verdad", para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 de las Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la cobertura de Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados	3.3 inciso E)	Cumple



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS



DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Cumplimiento
Unidos Mexicanos. Anexo Número 19 (Diecinueve).		
Copia simple de los documentos descritos en el numeral 3.1 de la presente convocatoria, según corresponda: <u>PARA FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES:</u> A) Copia legible del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de clave propuesta. así como los anexos correspondientes al marbete, que acredite fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Cuadro Básico (el no presentar los proyectos de marbetes no será motivo de desechamiento). B) En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar: • Copia simple legible del Registro Sanitario sometido a prórroga. • Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS con sello de recibido. C) En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, el licitante deberá presentar copia legible de la constancia oficial expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, en el que se indique que lo exime del mismo; la cual estará vigente, en tanto la SSA no expida la resolución sobre la solicitud de Registro Sanitario de los productos que estén situados en el anexo UNO del "Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2011. D) En caso de los bienes ofertados que estén situados en el anexo DOS del "Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2011, el licitante deberá presentar copia legible de la constancia oficial expedida por la	3.3 inciso G)	Cumple



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS



DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Cumplimiento
SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, en el que se indique que lo exime del mismo, o en su caso, <u>deberá presentar copia legible de la solicitud que se encuentra bajo trámite ante la SSA</u> , al momento de la publicación del Acuerdo citado. De ser el caso, los registros sanitarios podrán ser presentados agrupados por familia y marca de producto.		
Copia simple de los documentos indicados en el numeral 3.2 de la presente convocatoria, según corresponda: El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala: A) Aviso de Funcionamiento. B) Autorización del Responsable Sanitario El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala: Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, NOM-137-SSA-2008 y NOM 241-SSA1-2021 De ser el caso, tanto los Certificados de Libre venta como los Certificados de Calidad podrán ser presentados agrupados por familia y marca de producto.	3.3. inciso H)	Cumple
Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Términos y Condiciones	Numeral 4	Cumple
Manifiesto de Información Reservada y confidencial Anexo Número 17 (diecisiete) , de la presente convocatoria.	OPCIONAL	Cumple

1. Para la Partida 4. El proveedor CUMPLE con lo numerales 3.3 Inciso A, B, C, D, E, F, G y H por lo que SE ACEPTA técnicamente su propuesta.

Colima, Col., a 24 de Marzo de 2025

Dr. José Luis Vazquez Urdiano
Coordinador de Prevención y Atención a la Salud

Dr. Rogelio Ramos Naranjo
Médico Supervisor de Hospitales



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS



EVALUACIÓN TÉCNICA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA N° LA-50-GYR-050GYR012-N-18-2025 ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL EJERCICIO 2025

Empresa Licitante: NEUROTITANIO SA DE CV

DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Cumplimiento
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados. Anexo 3	3.3 inciso A)	Cumple
Deberá de presentar folletos, catálogos y/o fotografías debidamente referenciados necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes, debidamente referenciados. En caso de catálogos ó folletos en inglés, deberán presentarse con traducción en idioma español los puntos referenciados. NOTA: (tratándose de bienes terapéuticos que requieran de instructivos y manuales de uso, se deberán presentar en idioma español, conforme a los marbetes autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).	3.3 inciso B)	Cumple
Carta del fabricante en papel membretado y con firma autógrafa del mismo, en la que éste manifieste respaldar la propuesta técnica señalando que: - Se compromete a presentar las especificaciones técnicas de calidad, métodos de prueba, sustancias de referencia y los estudios de estabilidad acelerada y a largo plazo, así como la validación de métodos de prueba de los insumos que oferta, en el momento que se le requiera. - Los productos cumplen con lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos de Mexicanos y sus suplementos, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales así como las especificaciones Técnicas y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante por la(s) clave(s) en la(s) que participe, conforme al Anexo Número 13 (Trece), el cual forma parte de la presente Convocatoria. Esta carta podrá ser firmada por el distribuidor primario (quien representa al fabricante en México, como titular de los registros sanitarios de los bienes de los derechos para comercializar sus productos en el país). Anexo número 13	3.3 inciso C)	Cumple
Para bienes Nacionales . Escrito en el que el licitante manifiesta "Bajo protesta de decir verdad", que la totalidad de los bienes que oferta y que entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y que además contendrán como mínimo, el grado de contenido nacional de por lo menos el 65%, conforme al Anexo Número 10 , el cual forma parte de la presente Convocatoria.	3.3 inciso D)	Cumple
Para bienes de Importación . Escrito "Bajo Protesta de Decir Verdad", para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 de las Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la cobertura de Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados	3.3 inciso E)	Cumple



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS



DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Cumplimiento
Unidos Mexicanos. Anexo Número 19 (Diecinueve).		
Copia simple de los documentos descritos en el numeral 3.1 de la presente convocatoria, según corresponda: <u>PARA FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES:</u> A) Copia legible del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de clave propuesta. así como los anexos correspondientes al marbete, que acredite fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Cuadro Básico (el no presentar los proyectos de marbetes no será motivo de desechamiento). B) En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar: • Copia simple legible del Registro Sanitario sometido a prórroga. • Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS con sello de recibido. C) En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, el licitante deberá presentar copia legible de la constancia oficial expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, en el que se indique que lo exime del mismo; la cual estará vigente, en tanto la SSA no expida la resolución sobre la solicitud de Registro Sanitario de los productos que estén situados en el anexo UNO del "Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2011. D) En caso de los bienes ofertados que estén situados en el anexo DOS del "Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2011, el licitante deberá presentar copia legible de la constancia oficial expedida por la	3.3 inciso G)	Cumple



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL


ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS



DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Cumplimiento
SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, en el que se indique que lo exime del mismo, o en su caso, <u>deberá presentar copia legible de la solicitud que se encuentra bajo trámite ante la SSA</u> , al momento de la publicación del Acuerdo citado. De ser el caso, los registros sanitarios podrán ser presentados agrupados por familia y marca de producto.		
Copia simple de los documentos indicados en el numeral 3.2 de la presente convocatoria, según corresponda: El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala: A) Aviso de Funcionamiento. B) Autorización del Responsable Sanitario El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala: Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, NOM-137-SSA-2008 y NOM 241-SSA1-2021 De ser el caso, tanto los Certificados de Libre venta como los Certificados de Calidad podrán ser presentados agrupados por familia y marca de producto.	3.3. inciso H)	Cumple
Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Términos y Condiciones	Numeral 4	Cumple
Manifiesto de Información Reservada y confidencial Anexo Número 17 (diecisiete) , de la presente convocatoria.	OPCIONAL	Cumple

1. Para la Partida 3, El proveedor CUMPLE con lo numerales 3.3 Inciso A, B, C, D, E, F, G y H por lo que SE ACEPTA técnicamente su propuesta.

Colima, Col., a 24 de Marzo de 2025


Dr. José Luis Vazquez Urdiano
Coordinador de Prevención y Atención a la Salud


Dr. Rogelio Ramos Naranjo
Médico Supervisor de Hospitales



2025
Año de
La Mujer
Indígena

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10



Gobierno de
México

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



EVALUACIÓN TÉCNICA DEL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA N° LA-50-GYR-050GYR012-N-18-2025 ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL EJERCICIO 2025

Empresa Licitante: ORTHO IMPLANTES SA DE CV

DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Cumplimiento
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados. Anexo 3	3.3 inciso A)	
Deberá de presentar folletos, catálogos y/o fotografías debidamente referenciados necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes, debidamente referenciados. En caso de catálogos ó folletos en inglés, deberán presentarse con traducción en idioma español los puntos referenciados. NOTA: (tratándose de bienes terapéuticos que requieran de instructivos y manuales de uso, se deberán presentar en idioma español, conforme a los marbetes autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).	3.3 inciso B)	Cumple.
Carta del fabricante en papel membretado y con firma autógrafa del mismo, en la que éste manifieste respaldar la propuesta técnica señalando que: - Se compromete a presentar las especificaciones técnicas de calidad, métodos de prueba, sustancias de referencia y los estudios de estabilidad acelerada y a largo plazo, así como la validación de métodos de prueba de los insumos que oferta, en el momento que se le requiera. - Los productos cumplen con lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos de Mexicanos y sus suplementos, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales así como las especificaciones Técnicas y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante por la(s) clave(s) en la(s) que participe, conforme al Anexo Número 13 (Trece), el cual forma parte de la presente Convocatoria. Esta carta podrá ser firmada por el distribuidor primario (quien representa al fabricante en México, como titular de los registros sanitarios de los bienes de los derechos para comercializar sus productos en el país). Anexo número 13	3.3 inciso C)	Cumple
Para bienes Nacionales . Escrito en el que el licitante manifiesta "Bajo protesta de decir verdad", que la totalidad de los bienes que oferta y que entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y que además contendrán como mínimo, el grado de contenido nacional de por lo menos el 65%, conforme al Anexo Número 10 , el cual forma parte de la presente Convocatoria.	3.3 inciso D)	Cumple
Para bienes de Importación . Escrito "Bajo Protesta de Decir Verdad", para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 de las Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la cobertura de Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados	3.3 inciso E)	Cumple





DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Cumplimiento
Unidos Mexicanos. Anexo Número 19 (Diecinueve).		
Copia simple de los documentos descritos en el numeral 3.1 de la presente convocatoria, según corresponda: <u>PARA FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES:</u> A) Copia legible del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de clave propuesta, así como los anexos correspondientes al marbete, que acredite fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Cuadro Básico (el no presentar los proyectos de marbetes no será motivo de desechamiento). B) En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar: - Copia simple legible del Registro Sanitario sometido a prórroga. - Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS con sello de recibido. C) En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, el licitante deberá presentar copia legible de la constancia oficial expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, en el que se indique que lo exime del mismo; la cual estará vigente, en tanto la SSA no expida la resolución sobre la solicitud de Registro Sanitario de los productos que estén situados en el anexo UNO del "Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2011. D) En caso de los bienes ofertados que estén situados en el anexo DOS del "Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2011, el licitante deberá presentar copia legible de la constancia oficial expedida por la	3.3 inciso G)	Cumple





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS




DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Cumplimiento
SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, en el que se indique que lo exime del mismo, o en su caso, <u>deberá presentar copia legible de la solicitud que se encuentra bajo trámite ante la SSA</u> , al momento de la publicación del Acuerdo citado. De ser el caso, los registros sanitarios podrán ser presentados agrupados por familia y marca de producto.		
Copia simple de los documentos indicados en el numeral 3.2 de la presente convocatoria, según corresponda: El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala: A) Aviso de Funcionamiento. B) Autorización del Responsable Sanitario El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala: Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, NOM-137-SSA-2008 y NOM 241-SSA1-2021 De ser el caso, tanto los Certificados de Libre venta como los Certificados de Calidad podrán ser presentados agrupados por familia y marca de producto.	3.3. inciso H)	Cumple
Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Términos y Condiciones	Numeral 4	Cumple
Manifiesto de Información Reservada y confidencial Anexo Número 17 (diecisiete), de la presente convocatoria.	OPCIONAL	Cumple

1. Para la partida 1. El proveedor CUMPLE con lo numerales 3.3 inciso A, B, C, D, E, F, G Y H, por lo que SE ACEPTA técnicamente su propuesta.

Colima, Col., a 24 de Marzo de 2025


Dr. José Luis Vazquez Urdiano
Coordinador de Prevención y Atención a la Salud


Dr. Rogelio Ramos Naranjo
Médico Supervisor de Hospitales



2025
Año de
La Mujer
Indígena



DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Cumplimiento
Unidos Mexicanos. Anexo Número 19 (Diecinueve).		
Copia simple de los documentos descritos en el numeral 3.1 de la presente convocatoria, según corresponda: <u>PARA FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES:</u> A) Copia legible del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de clave propuesta, así como los anexos correspondientes al marbete, que acredite fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Cuadro Básico (el no presentar los proyectos de marbetes no será motivo de desechamiento). B) En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar: - Copia simple legible del Registro Sanitario sometido a prórroga. - Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS con sello de recibido. C) En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, el licitante deberá presentar copia legible de la constancia oficial expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, en el que se indique que lo exime del mismo; la cual estará vigente, en tanto la SSA no expida la resolución sobre la solicitud de Registro Sanitario de los productos que estén situados en el anexo UNO del "Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2011. D) En caso de los bienes ofertados que estén situados en el anexo DOS del "Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2011, el licitante deberá presentar copia legible de la constancia oficial expedida por la	3.3 inciso G)	No cumple con la totalidad de las claves. Al final se especifican





DOCUMENTO SOLICITADO	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA	Cumplimiento
SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, en el que se indique que lo exige del mismo, o en su caso, <u>deberá presentar copia legible de la solicitud que se encuentra bajo trámite ante la SSA</u>, al momento de la publicación del Acuerdo citado. De ser el caso, los registros sanitarios podrán ser presentados agrupados por familia y marca de producto.		
Copia simple de los documentos indicados en el numeral 3.2 de la presente convocatoria, según corresponda: El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala: A) Aviso de Funcionamiento. B) Autorización del Responsable Sanitario El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala: Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, NOM-137-SSA-2008 y NOM 241-SSA1-2021 De ser el caso, tanto los Certificados de Libre venta como los Certificados de Calidad podrán ser presentados agrupados por familia y marca de producto.	3.3. inciso H)	Cumple
Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Términos y Condiciones	Numeral 4	Cumple
Manifiesto de Información Reservada y confidencial Anexo Número 17 (diecisiete) , de la presente convocatoria.	OPCIONAL	Cumple

Partida 2: Incumple en lo siguiente en la revisión documental

Renglón	Partida	Sistema	Subsistema	Clave	Descripción	Unidad	REGISTRO COFEPRIS	CATALOGO	CALIDAD	OBSERVACIONES
46	2	SERVICIO PARA PACIENTES CON INESTABILIDAD DE COLUMNA CERVICAL POSTERIOR	SERVICIO PARA PACIENTES CON INESTABILIDAD DE COLUMNA CERVICAL POSTERIOR	Sin Clave	Caja posterior, cilíndrica u oval. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	Pieza	No cumple	No cumple		Registro sanitario y catalogo especifica que es para columna lumbar.





Partida 3: Incumple en lo siguiente en la revisión física:

Renglón	Partida	Sistema	Subsistema	CLAVE	DESCRIPCIÓN	Unidad	Evaluación Física (Cumple, No cumple)	Observaciones (Solo si no cumple)
79	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	60 725 8852	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 5 parte media ancha	Pieza	No cumple	Presenta muestra de 6 orificios
90	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	60 725 7599	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 128 x 50 mm	Pieza	No cumple	Presenta placa en "L" sin condilo articular.
93	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	60 725 7565	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 40 mm	Pieza	No cumple	Presenta placa en "L" sin condilo articular.
97	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	60 722 761	Placa en doble Y, grosor 0.8 mm, 10 agujeros. Estériles, en envase individual	Pieza	No cumple	solo presenta placa de 6 agujeros
98	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	60 722 746	Placa en X, grosor 0.8 mm, 4 agujeros. Estériles en envase individual	Pieza	No cumple	Presenta placa de 6 agujeros
103	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	60 722 811	Placa para reborde orbitario, grosor 0.8 mm, de 10 agujeros. Esteril en envase individual.	Pieza	No cumple	Presenta placa de 24 agujeros
106	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	60 725 8043	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 13 + 5 izquierda	Pieza	No cumple	Presenta placa diferente, solo arqueada de 10 orificios
109	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	60 722 50	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 14	Pieza	No cumple	Presenta placa diferente, solo arqueada de 10 orificios
115	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	60 725 7912	Placas de reconstrucción en "H" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 8 y 9. Pieza.	Pieza	No cumple	Presenta placa de 4 orificios

Partida 3: Incumple en lo siguiente en la revisión documental

Renglón	Partida	Sistema	Subsistema	Clave	Descripción	Unidad	REGISTRO COFEPRIS	CATALOGO	CALIDAD	OBSERVACIONES
63	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060 602 0022	Malla para craneoplastia, de poliéster y polipropileno. Medidas 130 mm x 110 mm x 19 mm	Pieza	No Cumple	No cumple	Cumple	130*130 no especifica grosor





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS

64	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060 602 0014	Malla para craneoplastia, de poliéster y polipropileno. Medidas 130 mm x 125 mm x 24 mm	Pieza	No Cumple	No cumple	Cumple	130*130 no específica grosor
82	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060 722 0860	Placa de fijación de Polley de 2 agujeros. Pieza	Pieza	No cumple	No cumple	Cumple	La imagen del catalogo muestra 6 orificios
90	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060 725 7599	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 128 x 50 mm	Pieza	Cumple	No cumple	Cumple	La descripción no corresponde a la imagen en el catalogo
91	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060 725 7607	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 144 x 55 mm	Pieza	Cumple	No cumple	Cumple	La descripción no corresponde a la imagen en el catalogo
92	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060 725 7615	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 160 x 60 mm	Pieza	Cumple	No cumple	Cumple	La descripción no corresponde a la imagen en el catalogo
93	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060 725 7565	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 40 mm	Pieza	Cumple	No cumple	Cumple	La descripción no corresponde a la imagen en el catalogo
94	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060 725 7573	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 45 mm	Pieza	Cumple	No cumple	Cumple	La descripción no corresponde a la imagen en el catalogo
95	3	SISTEMA MAXILOFACIAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060 725 7581	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular,	Pieza	Cumple	No cumple	Cumple	La descripción no corresponde a la



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS



		Y CRANEAL			con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 50 mm					imagen en el catalogo
98	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060 722 0746	Placa en X, grosor 0.8 mm, 4 agujeros. Estériles en envase individual	Pieza	Cumple	No Cumple	Cumple	La imagen no corresponde con la descripción
105	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060 725 8050	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 13 + 5 derecha.	Pieza	Cumple	No cumple	Cumple	La imagen no corresponde con la descripción de la clave
106	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060 725 8043	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 13 + 5 izquierda	Pieza	Cumple	No cumple	Cumple	La imagen no corresponde con la descripción de la clave
107	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060 725 8027	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 3 + 3	Pieza	Cumple	No cumple	Cumple	La imagen no corresponde con la descripción de la clave
108	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060 722 0043	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 11	Pieza	Cumple	No cumple	Cumple	La imagen no corresponde con la descripción de la clave
109	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060 722 0050	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 14	Pieza	Cumple	No cumple	Cumple	La imagen no corresponde con la descripción de la clave
110	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060 725 8035	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 4	Pieza	Cumple	No cumple	Cumple	La imagen no corresponde con la descripción de la clave
111	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060 722 0027	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm	Pieza	Cumple	No cumple	Cumple	La imagen no corresponde con la descripción de la clave



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Zaragoza N° 199, Colonia Alta Villa, Villa de Alvarez, Colima C.P. 28987 Tel. 312 311 4021, Ext. 224 www.imss.gob.mx



					de diámetro. Número de orificios: 4 + 8					
112	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060 722 0035	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 5 + 14	Pieza	Cumple	No cumple	Cumple	La imagen no corresponde con la descripción de la clave
123	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060 725 7631	Placas para cirugía maxilofacial, de compresión dinámica de 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.3 mm a 1.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	Cumple	No cumple	Cumple	La imagen no corresponde a una placa de compresión dinámica
133	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060 898 3268	Tornillo Lefort I para el sistema de autosujeción de 1.5 mm a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	Cumple	No Cumple	Cumple	La imagen muestra un tornillo convencional
135	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060 898 1833	Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio. Longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	Cumple	No Cumple	Cumple	La imagen del tornillo no es autorroscante
140	3	SISTEMA MAXILOFACIAL Y CRANEAL	MAXILOFACIAL Y CRANEAL	060 898 2575	Tornillos para hueso cortical, autorroscante, con ranura en cruz, con diámetro en la rosca de 2.4 mm a 2.5 mm. Longitud: de 6.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Incluye medidas intermedias especificadas.	Pieza	Cumple	No Cumple	Cumple	La imagen del tornillo no es autorroscante

Partida 3: Incumple en lo siguiente en la revisión de instrumental

Renglón	Partida	Sistema	Subsistema	Instrumental	Set de apoyo	Observaciones (Solo si no cumple)
4	2	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA CERVICAL POSTERIOR	No cumple	No cumple	1. Instrumental Valvas de separación no se adosan bien al mango 2. Set de apoyo: Kerrison duras al momento de accionarlas
5	2	SISTEMA COLUMNA	COLUMNA TORACICO Y LUMBAR	No cumple	No cumple	1. Instrumental: con desgaste en general, pinzas muy flojas con riesgo de que se suelten, destornillador con punta barrida con riesgo de lesion de los tornillos. 2. Set de apoyo: Kerrison duras al momento de accionarlas





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL COLIMA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS





Partida 4: Cumple con lo solicitado

Partida 5: Cumple con lo solicitado

1. Para la partida 2. El proveedor NO CUMPLE con lo numerales 3.3 inciso B y G, por lo que NO SE ACEPTA técnicamente su propuesta.
2. Para la partida 3. El proveedor NO CUMPLE con lo numerales 3.3 inciso B y G, por lo que NO SE ACEPTA técnicamente su propuesta.
3. Para la Partida 4. El proveedor CUMPLE con lo numerales 3.3 Inciso A, B, C, D, E, F, G y H por lo que SE ACEPTA técnicamente su propuesta.
4. Para la partida 5. El proveedor CUMPLE con lo numerales 3.3 Inciso A, B, C, D, E, F, G y H por lo que SE ACEPTA técnicamente su propuesta.

Colima, Col., a 24 de Marzo de 2025


Dr. José Luis Vazquez Urdiano
Coordinador de Prevención y Atención a la Salud


Dr. Rogelio Ramos Naranjo
Médico Supervisor de Hospitales



2025
Año de
La Mujer
Indígena