



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR028-N-18-2026 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2026, A FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DEL H.G.Z. NÚMERO 197, ADSCRITO AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE.-----

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS **DIEZ HORAS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO**, SE REUNIERON EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SITO EN LA CALLE PONIENTE 146 NÚMERO 825, COLONIA INDUSTRIAL VALLEJO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02300, CIUDAD DE MÉXICO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA LLEVAR A CABO LA **JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR028-N-18-2026 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2026, A FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DEL H.G.Z. NÚMERO 197, ADSCRITO AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE.**-----

LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA SE LLEVA A CABO DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES: -----

-----ANTECEDENTES-----

PRIMERO.- EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 32, 33, 35 FRACCIÓN I, 36, 37, 39 FRACCIÓN I, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 66, 67, 68, 69 FRACCIÓN II, 70 FRACCIÓN II, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 87, 88 Y 90 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 28, 31, 34, 35, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 58, 81, 82, 84, 85, 88, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103 Y 104 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMSS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, A TRAVÉS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE, POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, UBICADA EN CALLE PONIENTE 146 NÚMERO 825, COLONIA INDUSTRIAL VALLEJO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO,





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO POSTAL 02300, CIUDAD DE MÉXICO, CON NÚMERO TELEFÓNICO 5719-4257, CONVOCÓ A LAS EMPRESAS INTERESADAS A PARTICIPAR EN LA PRESENTE **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**, MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX Y RESUMEN DE LA MISMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.-----

-----**DESARROLLO DEL EVENTO**-----

PRIMERO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL III. INCISO B) DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCESO, SIENDO LA HORA INDICADA PARA EL INICIO DEL PRESENTE ACTO, EL **LIC. JULIO MONTERO PUERTOS**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, QUIEN PRESIDE ESTE EVENTO COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 5.3.8 INCISO B) DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PROCEDIO A HACER LA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES. -----

SE COMUNICÓ A LOS ASISTENTES QUE EL PRESENTE EVENTO SERÁ DIFUNDIDO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX.-----

SEGUNDO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EL NUMERAL III. DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SOLAMENTE PODRÁN FORMULAR ACLARACIONES LAS PERSONAS QUE PRESENTEN ESCRITO, DONDE EXPRESEN INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES, DEBERÁN ENVIARSE A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRAS MX, ANTES COMPRANET, A MÁS TARDAR VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA EN QUE SE VAYA A REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES.-----

TERCERO.- EL **CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO** SE IDENTIFICA EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX, QUE HAY 10 (DIEZ) EMPRESAS QUE MOSTRARON INTERÉS EN PARTICIPAR Y 7 (SIETE) EMITIERON SU MANIFIESTO, SIENDO LAS SIGUIENTES: -----

NO.	EMPRESAS CON MANIFIESTO
1	ARTIMEDICA SA DE CV
2	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV



NO.	EMPRESAS CON MANIFIESTO
3	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV
4	GRUPO MEDICAL KALICE SA DE CV
5	INTEGRA 224 SA DE CV
6	MEDICAL LIFE SUPPLY SA DE CV
7	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR028-N-18-2026

Código del expediente
E-2025-00114497

Número de procedimiento de contratación ①
LA-50-GYR-050GYR028-N-18-2026

Estatus del procedimiento de contratación ①
VIGENTE JA

Código interno del procedimiento
P-2025-00102740

Nombre del procedimiento de contratación
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA PARA EL EJERCICIO 2026

Licitantes que han presentado proposición:
0

Datos Generales Requerimientos **Solicitudes de aclaración** Proposiciones Evaluación Configuración de OSD Fallo Datos relevantes del contrato Bitácora de acciones

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones *
15/12/2025 10:00

Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compras MX *
14/12/2025 10:00

Empresas que han manifestado interés en participar

Q. BUSCAR

Exportar listado

Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
1	ARTIMEDICA SA DE CV	08/12/2025 08:54	08/12/2025 08:55			
2	CARDIOPARTS SA DE CV	11/12/2025 12:16				
3	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	13/12/2025 11:31	13/12/2025 11:32			
4	DIAGNOSTIC B3 ANGEL SA DE CV	08/12/2025 15:51				
5	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	09/12/2025 16:35	09/12/2025 16:35			
6	GRUPO MEDICAL KALICE SA DE CV	12/12/2025 14:47	12/12/2025 15:22			
7	INTEGRA 224 SA DE CV	11/12/2025 19:18	11/12/2025 19:44			
8	MEDICAL LIFE SUPPLY SA DE CV	10/12/2025 14:02	12/12/2025 15:33			
9	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	09/12/2025 12:42				
10	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	09/12/2025 12:12	09/12/2025 12:15			

« < 1 > » 10 ▾

CUARTO.- SE IDENTIFICA EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX, **QUE SE ENCUENTRAN PREGUNTAS A TRAVÉS DE ESTE MEDIO ELECTRÓNICO.**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR028-N-18-2026

Código del expediente E-2025-00114697	Número de procedimiento de contratación ① LA-50-GYR-050GYR028-N-18-2026	Estatus del procedimiento de contratación ① VIGENTE JA
Código interno del procedimiento P-2025-00102740	Nombre del procedimiento de contratación SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA PARA EL EJERCICIO 2026	
Licitantes que han presentado proposición: 0		

Datos Generales Requerimientos **Solicitudes de aclaración** Proposiciones Evaluación Configuración de OSD Fallo Datos relevantes del contrato Bitácora de acciones

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones *	Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compras MX *
15/12/2025 10:00	14/12/2025 10:00

+ Carga masiva

Listado de Preguntas

Q BUSCAR

Núm.	Licitante [1]	Tipo de aclaración [1]	Sección de la convocatoria	Aclaración	Electrónica	Fecha de envío [1]	Respuesta	Acciones
1	ARTIMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	60.01.007 PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA RADIAL 60.01.945 PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLIMERO BIOABSORBIBLE O PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, CON POLIMERO BIOABSORBIBLE. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE BIOLIMUS AD EN CROMO COBALTO CON POLIMERO BIODEGRADABLE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIBRE COMPETENCIA Y LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS	SI	08/12/2025 09:16		Responder
2	ARTIMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	60.01.008 PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA FEMORAL 60.01.945 PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLIMERO BIOABSORBIBLE O PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, CON POLIMERO BIOABSORBIBLE. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE BIOLIMUS AD EN CROMO COBALTO CON POLIMERO BIODEGRADABLE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIBRE COMPETENCIA Y LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS	SI	08/12/2025 09:16		Responder
3	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES	EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES. RUBRO 2.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA PRESENTAR CONTRATOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL PERIODO DE 2018 AL 2024 PARA DEMOSTRAR QUE SE CUENTA CON POR LO MENOS 5 AÑOS DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD, DEBIDO A QUE DEBEN PASAR 12 MESES DEL TÉRMINO DEL CONTRATO PARA QUE LA FIANZA PUEDA SER LIBERADA POR EL INSTITUTO. ¿SE ACEPTA?	SI	09/12/2025 17:22		Responder
4	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025, AUN CUANDO ESTOS NO CUENTEN CON FIANZA LIBERADA, TODA VEZ QUE PARA LA LIBERACIÓN DE LA MISMA ES NECESARIO QUE TRANSCURRA UN PLAZO DE 12 MESES, LO ANTERIOR PARA EFECTOS DE DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	SI	11/12/2025 14:24		Responder
5	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	TÉCNICO	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS 60.01.873	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS CONFIRME QUE LA DESCRIPCIÓN CORRECTA DEL INSUMO, 60.01.873 ES: DISPOSITIVO PARA CIERRE VASCULAR A BASE DE SUTURAS PRE MONTADAS DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO PARA CERRAR CALIBRES 5.67 Y 8 FR FAVOR DE ACLARAR.	SI	11/12/2025 14:24		Responder
6	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 4.3.2	4.3.2 CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SISTEMA DE IMÁGENES INTRAVASCULARES DE MODALIDAD DUAL, QUE PERMITE LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL Y QUÍMICA DE ARTERIAS Y PLACAS CORONARIAS MEDIANTE EL USO DE IMÁGENES IVUS DE ANCHO DE BANDA EXTENDIDO INTEGRADAS Y TECNOLOGÍAS NIRS PARA IDENTIFICAR LCP DE INTERÉS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR DEL REQUERIMIENTO ESTE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON ÚNICAS DE UNA SOLA MARCA COMERCIAL LO QUE CONVIERTE ESTE REQUISITO EN UN CANDIDATO DE LICITACIÓN QUE LO ÚNICO QUE BUSCA ES LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA AL SER UN CONSUMIBLE QUE NO SE SOLICITABA, SIENDO QUE EL RESTO DEL REQUERIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS NO SE HA MODIFICADO CON RESPECTO A EVENTOS PREVIOS POR LO QUE NO EXISTE UNA JUSTIFICACIÓN DE SOLICITARSE EN ESTA OCASIÓN. ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49		Responder
7	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 4.3.2	4.3.2 CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SISTEMA DE IMÁGENES INTRAVASCULARES DE MODALIDAD DUAL, QUE PERMITE LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL Y QUÍMICA DE ARTERIAS Y PLACAS CORONARIAS MEDIANTE EL USO DE IMÁGENES IVUS DE ANCHO DE BANDA EXTENDIDO INTEGRADAS Y TECNOLOGÍAS NIRS PARA IDENTIFICAR LCP DE INTERÉS. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR CUALES SON LAS MARCAS QUE CUMPLEN CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA DE ACUERDO A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO REALIZADA E INDIQUE PARA TODOS LOS LICITANTES PARA QUE PROCEDIMIENTOS SE REQUIERE ESTE REQUERIMIENTO.	SI	13/12/2025 12:49		Responder
8	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.873 DISPOSITIVO PARA SIERRA VASCULAR A BASE DE SUTURAS PRE MONTADAS DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO PARA CERRAR CALIBRES 5.67 Y 8 FR SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SIN LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD, YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON ÚNICAS DEL DISPOSITIVO PROGLIDE DE LA MARCA ABBOTT MEDICAL, LO QUE CONVIERTE A ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDIDATO DE LICITACIÓN AL ÚNICAMENTE CUMPLIR CON ESTE REQUERIMIENTO EL LICITANTE QUE CUENTE CON EL APOYO DE LA MARCA Y POR ENDE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49		Responder
9	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 4.3.2	4.3.2 CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE DE FLUJO VARIABLE INTRACORONARIO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR PARA TODOS LOS LICITANTES SI SE REQUIERE OFERTAR ESTE EQUIPO, YA QUE SE SOLICITAN LOS CONSUMIBLES DEL MISMO CON COMPATIBILIDAD DEL EQUIPO "MARCA BAYER, MODELO: MEDICAL MARK 7 ARTERIO", INDICANDO EN EVENTOS PREVIOS EL INSTITUTO YA CONTABA CON EL EQUIPO.	SI	13/12/2025 12:49		Responder
10	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 4.3.2	4.3.2 CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE DE FLUJO VARIABLE INTRACORONARIO. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA POSITIVA, LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS 60.01.983, 60.01.909, 60.01.983, 60.01.909 Y 60.01.982 COMPATIBLES CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO DE "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE DE FLUJO VARIABLE INTRACORONARIO" OFERTADO POR EL LICITANTE. ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49		Responder

76 registro(s) encontrado(s) << < 1 2 3 4 5 > >>





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

11	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.0057 KIT DE INTRODUCCTOR RADIAL CON PARED ULTRADELGADA LONGITUD OPCIONAL DE 10 O 16 O 25CM DE 5 A 7FR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTE REQUERIMIENTO TODA VES QUE LO SOLICITADO CUMPLE UNA SOLA MARCA COMERCIAL "TERUMO" LA CUAL OTORGA APOYO UNICO A LA EMPRESA VITALMEX GENERANDO CANDIDATOS DE LICITACION. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGUN EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACION, ADJUDICACION O CONTRATACION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRAN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASI COMO EN EL ARTICULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRAN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACION REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
12	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.0068 STENT LIBERADOR DE FÁRMACO BIOLIMUS AB O STENT/ANDAMIO BIO ABSORBIBLE LIBERADOR DE FÁRMACO SIROLIMUS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR STENT CORONARIO PLATINO-CROMO CON LIBERACION DE EVEROLIMUS DE 8 A 48 MM X 2.25 A 4.00 MM, YA QUE EL FARMACO BIOLIMUS AB ES UNICO DE MARCA BIONATRIX LO QUE GENERA UN CANDIDATO DE LICITACION AL SOLICITAR REQUISITOS IMPOSIBLES DE CUMPLIR POR TODOS LOS LICITANTES QUE NO TIENEN EL APOYO DE LA MARCA Y POR LO MISMO EL ACCESO A LA DOCUMENTACION REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS Y/O CERTIFICADOS, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGUN EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACION, ADJUDICACION O CONTRATACION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRAN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASI COMO EN EL ARTICULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRAN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACION REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
13	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.8998 INTRODUCCTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METALICA, POR TECNICA PERCUTANEA, LONGITUD 25 A 45CM CALIBRE 5.5/7 O 8 FR O INTRODUCCTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 25 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCCTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO A 11 FR DILATADOS DE 5 A 45 MM LONGITUD DE CANALULA 5 A 30 CM PARA GUIA DE 0.035". SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGUN EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACION, ADJUDICACION O CONTRATACION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRAN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASI COMO EN EL ARTICULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRAN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACION REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
14	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.0084 PRÓTESIS ENDOVASCULAR DEDICADO A BIFURCACIÓN DE ACERO INOXIDABLE Y LIBERADOR DE MEDICAMENTO (PACITAXEL O SIROLIMUS) AUTO EXPANDIBLES O LIBERACION CON BALÓN O PRÓTESIS ENDOVASCULAR DEDICADO A BIFURCACIÓN DE DIVERSAS ALEACIONES Y LIBERADOR DE MEDICAMENTO (BIOLIMUS) AUTOEXPANDIBLES O LIBERACION CON BALÓN. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTE REQUERIMIENTO TODA VES QUE LO SOLICITADO CUMPLE UNA SOLA MARCA COMERCIAL "LEVEBETH MEDICAL" LA CUAL OTORGA APOYO UNICO A LA EMPRESA VITALMEX GENERANDO CANDIDATOS DE LICITACION. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGUN EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACION, ADJUDICACION O CONTRATACION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRAN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASI COMO EN EL ARTICULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRAN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACION REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
15	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.8006 BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS MEDIDAS DE 2.0 A 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUDES DESDE 10 MM A 30 O 40 MM DE LONGITUD. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS MEDIDAS DE 2.0 A 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUDES DESDE 10 MM A 30 O 40 MM DE LONGITUD O BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS MEDIDAS DE 2.0 A 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUDES DESDE 10 MM A 30 O 40 MM DE DIAMETRO Y LONGITUDES DE 80 MM, 100 MM, 120 MM Y 150 MM. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGUN EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACION, ADJUDICACION O CONTRATACION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRAN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASI COMO EN EL ARTICULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRAN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACION REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
16	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.8888 BANDA DE COMPRESIÓN RADIAL. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE CON EL CATALOGO Y EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. DIARIO OFICIAL DE 22/12/2014 O EN SU DEFECTO EL OFICIO DE LA COFEPRIS DONDE INDIQUE QUE NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO	SI	13/12/2025 12:49	Responder
17	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.8189 BOLSA ESTÉRIL PARA TUBO DE FLUOROSCOPIO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE CON EL CATALOGO Y EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. DIARIO OFICIAL DE 22/12/2014 O EN SU DEFECTO EL OFICIO DE LA COFEPRIS DONDE INDIQUE QUE NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO	SI	13/12/2025 12:49	Responder
18	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.8837 CATETER GUÍA MULTIPROPÓSITO 5, 6, 7 Y 8 FR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETER GUÍA MULTIPROPÓSITO 5 O 6 O 7 U 8 FR. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGUN EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACION, ADJUDICACION O CONTRATACION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRAN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASI COMO EN EL ARTICULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRAN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACION REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
19	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.8448 CATETERES DIAGNOSTICO CONVENCIONAL DISTINTOS DE 4 A 8 FR. Y HASTA 10 CMS. DE LONGITUD. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETERES DIAGNOSTICO CONVENCIONAL DISTINTOS CON UN RANGO EN SUS MEDIDAS DE 4 HASTA 8 FR. Y UN RANGO DE 100 O 125 CMS DE LONGITUD. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGUN EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACION, ADJUDICACION O CONTRATACION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRAN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASI COMO EN EL ARTICULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRAN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACION REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
20	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.865 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, 0.035" LONGITUD OPCIONAL DE 150, 260 O 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" LONGITUD 150CM O 260CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGUN EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACION, ADJUDICACION O CONTRATACION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRAN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASI COMO EN EL ARTICULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRAN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACION REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

21	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.881 EXTENSIÓN COAXIAL DE CATETER GUÍA CORONARIO DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE 5.5, 5.5, 6, 7 Y 8 FR O DE 6 A 8 FR O CATETER GUÍA INTERMEDIO DE 0.057" O EXTENSIÓN COAXIAL DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUÍA CORONARIO DE 5FR, LONGITUD PROXIMAL DE 120 A 150 CM SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETER GUÍA INTERMEDIO DE 0.057". SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
22	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.897 INTRODUTOR 18 FR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE 20FR. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
23	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.898 INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 25 A 45CM CALIBRE 5.6/7 Y 8 FR O INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 25 CM, CALIBRE 5.6 O 7 FR SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 25 A 45CM CALIBRE 5.6/7 Y 8 FR O INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 24 A 45 CM, CALIBRE 5.6 O 7 FR. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
24	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.900 INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONGITUD OPCIONAL DE 10 O 16 O 25 CM, CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032". SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONGITUD OPCIONAL DE 10 O 16 O 25 CM, CON GUÍA VASCULAR 0.035 A 0.039". SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
25	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.907 INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 O 16 O 25 CM CALIBRE, DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTORES DE CATETER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 10CM OPCIONAL A 1CM CALIBRE 6, 7 Y 8 FR. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
26	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.941 PAQUETE UNIVERSAL DE ROPA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO ÚNICAMENTE CON EL CATALOGO Y EL ADQUIERO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. DIARIO OFICIAL DE 22/12/2014 O EN SU DEFECTO EL OFICIO DE LA COFEPRIS DONDE INDIQUE QUE NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO	SI	13/12/2025 12:49	Responder
27	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.944 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO, ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO. CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS EN DIVERSAS MEDIDAS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA CON CUALQUIER TIPO DE REVESTIMIENTO EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO O ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO O EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO EN DIVERSAS MEDIDAS, YA QUE LAS DIVERSAS MARCAS MANEJAN CON DIFERENTES REVESTIMIENTOS, SIENDO UN LIMITANTE EL CUMPLIR CON TODOS LOS TIPOS DE REVESTIMIENTO SOLICITADOS. ¿ES CORRECTO?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
28	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.945 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLÍMERO BIOABSORBIBLE O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS, EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE SIROLIMUS 2.25 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO Y 13 A 38 MM DE LONGITUD, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
29	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.948 ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0014" DE DIÁMETRO TIPO PIN-VICE, DESECHABLE O KIT DE VALVULA EN "Y" QUE INCLUYE, VALVULA, ROTATOR INSERTOR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL CASO DEL ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA BASTARA CON SER INCLUIDO COMO PARTE DE UN KIT PARA EL PROCEDIMIENTO DE ACTP, ESTO YA QUE LO SOLICITADO NO TODAS LAS MARCAS LO COMERCIAN DE MANERA INDIVIDUAL, POR LO QUE SERIA UN LIMITANTE PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA. ¿ES CORRECTO?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
30	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.949 SET DE MICRO PUNCIÓN. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTE REQUERIMIENTO TODA VES QUE LO SOLICITADO CUMPLE UNA SOLA MARCA COMERCIAL "COOK MEDICAL" LA CUAL OTORGA APOYO ÚNICO A LA EMPRESA VITALMEX GENERANDO CANDIDATOS DE LICITACIÓN SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder

76 registro(s) encontrado(s) << < 1 2 3 4 5 > >>





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

31	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.969 STENT PREMONTADO EN BALÓN CUBIERTO DE EPTEF. (USO CORONARIO). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR STENT PERIFÉRICO AUTOEXPANDIBLE CUBIERTO CON PITTE O EPTEF O STENT PREMONTADO EN BALÓN CUBIERTO DE PITTE O STENT AUTOEXPANDIBLE CUBIERTO CON PET (USO CORONARIO). SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
32	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.970 TUBO PARA MUESTRA DE SANGRE PARA MEDICIÓN DE TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADA. LÍNEA LÍNEA CON PROCEDIMIENTO QUE SE RETIRARÁ AL TÉRMINO DEL MISMO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA PARA EL MONITOREO DE TIEMPO DE COAGULACIÓN CON TECNOLOGÍA DE CARTUCHO O TARJETA COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO. LÍNEA EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
33	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.983 CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA, RÍGIDA O DOBLE ESPIRAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 175CM A 195CM DE LONGITUD. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON O SIN RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" CON UN RANGO EN SUS MEDIDAS DE DIÁMETRO Y 180CM HASTA 300CM DE LONGITUD. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
34	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.985 CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO CON 300CM DE LONGITUD. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON O SIN RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" CON UN RANGO EN SUS MEDIDAS DE DIÁMETRO Y 182CM HASTA 300CM DE LONGITUD. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
35	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.899 INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTANEA PEDIÁTRICO, 4, 5 Y 6 FRENCH, LONGITUD SCM OPCIONAL A 14 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL POR TÉCNICA PERCUTANEA PEDIÁTRICO, 4, 5 Y 6 FRENCH, LONGITUD SCM OPCIONAL A 11 O 14 CMS. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
36	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.069 DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE ACCESO FEMORAL, DE SUJECCIÓN QUE FORMA UNA CESTA ALREDEDOR DEL CUERPO DEL CABLE, SONDAS DE CATETER O GUÍAS Y OTROS OBJETOS EXTRAÍDOS, CON UNA LONGITUD DE 94 CMS. SE COLOCA CERCA DEL CABLE A TRAVÉS DE UNA VAINA INTERNA DE 12 FR LARGA Y FLEXIBLE COLOCADA COAXIALMENTE DENTRO DE UNA VAINA EXTERIOR DE 16 FR DE TFE. LA PRESENTACIÓN ES EN KIT QUE CONTIENE: AGUJA CALIBRE 18, JERINGA LUBR LOCK DE 10 CC, GUÍA DE ALAMBRE CURVADA DE 145 CM, 0.038", DILATADOR, JUEGO DE VAINAS INTRODUTORAS PARA ESTACIÓN DE TRABAJO, VAINA INTERIOR RECTA DE 12 FR CON UNA CANASTILLA EN FORMA DE CABBEEA DE COBRA HECHA DE ACERO INOXIDABLE ENTINTADO, Y LENGUETA DE 5MM TIENE UNA VALVULA HEMOSTÁTICA EN SU EXTREMO PROXIMAL. TAMBIEN COMPATIBLE CON UNA VAINA INTRODUTORIA FEMORAL CURVA DE DIAMETRO EXTENSO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTE REQUERIMIENTO TODA VES QUE LO SOLICITADO CUMPLE UNA SOLA MARCA COMERCIAL LA CUAL OTORGA APOYO ÚNICO A LA EMPRESA VITALMEX GENERANDO CANDADOS DE LICITACIÓN. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
37	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.070 VAINA INTRODUTORIA FEMORAL CURVA DE TFE CON 91.4 CMS. DE LONGITUD Y 12 FR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTE REQUERIMIENTO TODA VES QUE LO SOLICITADO CUMPLE UNA SOLA MARCA COMERCIAL LA CUAL OTORGA APOYO ÚNICO A LA EMPRESA VITALMEX GENERANDO CANDADOS DE LICITACIÓN. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
38	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.909 JERINGA PARA SISTEMA DE INYECCIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE POR FLUJO VARIABLE PARA INYECTOR MARCA BAYER, MODELO: MEDRAD MARK 7 ARTERION. 60.01.913 KIT PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIÓN SALINA Y MEDIO DE CONTRASTE POR FLUJO VARIABLE. INCLUYE 1 MANIFOLDO, TUBO DE SOLUCIÓN SALINA Y UNA JERINGA DE MANO. O KIT CON JERINGA DE 150 ML, TUBO DE SOLUCIÓN SALINA Y CONTRASTE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE TANTO EL KIT COMO LAS JERINGAS OFERTADAS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON EL EQUIPO MARK 7. SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA? ¿ES CORRECTO?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
39	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.909 JERINGA PARA SISTEMA DE INYECCIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE POR FLUJO VARIABLE PARA INYECTOR MARCA BAYER, MODELO: MEDRAD MARK 7 ARTERION. 60.01.913 KIT PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIÓN SALINA Y MEDIO DE CONTRASTE POR FLUJO VARIABLE. INCLUYE 1 MANIFOLDO, TUBO DE SOLUCIÓN SALINA Y UNA JERINGA DE MANO. O KIT CON JERINGA DE 150 ML, TUBO DE SOLUCIÓN SALINA Y CONTRASTE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO MARK 7, YA QUE ESTE EQUIPO NO SE SOLICITA EN EL PRESENTE EVENTO. ¿ES CORRECTO?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
40	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) BCB2 AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038". SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE 18 G PARA GUÍA DE 0.021" O 0.035" O 0.038". SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder

76 registro(s) encontrado(s) << < 2 3 4 5 6 > >>





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

41	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TECNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) BC8109 INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 O 11 O 16 O 25 CM CALIBRE, DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 11 O 25 CM CALIBRE, 14 FR, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTICULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	Si	13/12/2025 12:49	Responder
42	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TECNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) BC861 CATETERES PARA ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 O 6 FR, LONGITUD 100 A 110 CM, TIPO: FEMORAL DERECHA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ Y 2 MULTIPROPOSITOS, MAMARIOS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETERES PARA CATERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 6FR, LONGITUD 110 CM, TIPO: FEMORAL DERECHA ASA DE 3.5 O 4 O 5, AMPLATZ Y 2 MULTIPROPOSITOS, MAMARIOS, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTICULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	Si	13/12/2025 12:49	Responder
43	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TECNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) BC862 CATETERES PARA ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 O 6 FR, LONGITUD 100 O 110 CM, TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ Y 2 MULTIPROPOSITOS, MAMARIOS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETERES PARA CATERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 6FR, LONGITUD 110 CM, TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5 O 4 O 5, AMPLATZ Y 2 MULTIPROPOSITOS, MAMARIOS, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTICULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	Si	13/12/2025 12:49	Responder
44	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TECNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) BC814 BANDA DE COMPRESIÓN RADIAL SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO ÚNICAMENTE CON EL CATALOGO Y EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, DIARIO OFICIAL DE 22/12/2014 O EN SU DEFECTO EL OFICIO DE LA COFEPRIS DONDE INDIQUE QUE NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO	Si	13/12/2025 12:49	Responder
45	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TECNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) BC847 CATETER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPACLENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 10 A 13 CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO, OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPACLENTE, DE 4 MM DE DIÁMETRO POR 30 MM DE LONGITUD, 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTICULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	Si	13/12/2025 12:49	Responder
46	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TECNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) NUMERAL BC884 CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 175CM O 180 O 182 A 300CM DE LONGITUD, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON O SIN RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" CON UN RANGO EN SUS MEDIDAS DE DIÁMETRO, 182 O 300 CM DE LONGITUD, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTICULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	Si	13/12/2025 12:49	Responder
47	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TECNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) BC882 CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035" O 0.038 Y/O 0.018" LONGITUD DE 145 CM O 180 O 260 CM, CON PUNTA RECTA O CURVA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035" O 0.038 Y/O 0.018" LONGITUD DE 145 CM O 150 O 260 CM, CON PUNTA RECTA O ANGULADA, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTICULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	Si	13/12/2025 12:49	Responder
48	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TECNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) NUMERAL BC8125 JERINGA CON MANÓMETRO INSUFADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES DE 1 HASTA 30ATM Y 20 O 26 CC, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR JERINGA CON MANÓMETRO INSUFADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES DE 1 HASTA 26 O 30 ATM, Y 20 O 26 CC, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTICULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	Si	13/12/2025 12:49	Responder
49	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TECNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) NUMERAL BC886 CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014 A 0.018" DE DIÁMETRO Y OPCIONALMENTE DE 175CM A 300CM DE LONGITUD, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON O SIN RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" O 0.018" CON UN RANGO EN SUS MEDIDAS DE DIÁMETRO, 182 O 300 CM DE LONGITUD, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTICULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	Si	13/12/2025 12:49	Responder
50	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TECNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) NUMERAL BC8121 INTRODUTORES DE CATETER ARTERIAL POR TÉCNICA FEMORAL, LONGITUD OPCIONAL DE 10 O 16 O 25 CM CALIBRE, 5 A 8 FR, CON GUÍA VASCULAR 0.035 A 0.038" SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTORES DE CATETER ARTERIAL POR TÉCNICA FEMORAL, LONGITUD OPCIONAL DE 10 O 16 O 25 CM CALIBRE, 5 A 8 FR, CON GUÍA VASCULAR 0.035 A 0.038", SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTICULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	Si	13/12/2025 12:49	Responder

76 registro(s) encontrado(s) « < 3 4 5 6 7 > »





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

51	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) NUMERAL BC8113 INTRODUCIDOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCIDOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 11 Y 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
52	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 060.01.1099 DISPOSITIVO DE ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO CERCANO (NIRS) CON SISTEMA DE IMAGEN INTRAVASCULAR DE ALTA DEFINICIÓN CON UN ANCHO DE BANDA ACTIVO DE 35 A 65 MHZ, TRES VELOCIDADES DE PULLBACK Y UNA LONGITUD DE 150 MM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR DEL REQUERIMIENTO ESTE BÍEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON ÚNICAS DE UNA SOLA MARCA COMERCIAL LO QUE CONVIERTE ESTE REQUISITO EN UN CANDIDATO DE LICITACIÓN QUE LO ÚNICO QUE BUSCA ES LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA AL SER UN CONSUMIBLE QUE NO SE SOLICITABA, SIENDO QUE EL RESTO DEL REQUERIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS NO SE HA MODIFICADO CON RESPECTO A EVENTOS PREVIOS POR LO QUE NO EXISTE UNA JUSTIFICACIÓN DE SOLICITARSE EN ESTA OCASIÓN. ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
53	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 060.01.1099 DISPOSITIVO DE ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO CERCANO (NIRS) CON SISTEMA DE IMAGEN INTRAVASCULAR DE ALTA DEFINICIÓN CON UN ANCHO DE BANDA ACTIVO DE 35 A 65 MHZ, TRES VELOCIDADES DE PULLBACK Y UNA LONGITUD DE 150 MM. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR CUÁLES SON LAS MARCAS QUE CUMPLEN CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA, DE ACUERDO A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO REALIZADA E INDIQUE PARA TODOS LOS LICITANTES PARA QUE PROCEDIMIENTOS SE REQUIERE ESTE REQUERIMIENTO.	SI	13/12/2025 12:49	Responder
54	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.923 MICROCATETER CORONARIO PARA OCLUSIONES CRÓNICAS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO ÚNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON ÚNICAS DE UNA SOLA MARCA LA CUAL OTORGA APOYO ÚNICO LO QUE CONVIERTE ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDIDATO DE LICITACIÓN SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
55	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) BC847 CATETER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMI COMPLACENTE, DESEDE 100 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 150 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO ÚNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON ÚNICAS DE UNA SOLA MARCA LA CUAL OTORGA APOYO ÚNICO LO QUE CONVIERTE ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDIDATO DE LICITACIÓN SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
56	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.944 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO, ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO, CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS EN DIVERSAS MEDIDAS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO ÚNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON ÚNICAS DE UNA SOLA MARCA LA CUAL OTORGA APOYO ÚNICO LO QUE CONVIERTE ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDIDATO DE LICITACIÓN SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
57	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.873 DISPOSITIVO PARA SIERRA VASCULAR A BASE DE SUTURAS PRE MONTADAS DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO PARA CERRAR CALIBRES 5.67 Y 7.8 FR SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO ÚNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON ÚNICAS DE UNA SOLA MARCA LA CUAL OTORGA APOYO ÚNICO LO QUE CONVIERTE ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDIDATO DE LICITACIÓN SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
58	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.959 STENT PREMONTADO EN BALÓN CUBIERTO DE EPTE. (USO CORONARIO). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO ÚNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON ÚNICAS DE UNA SOLA MARCA LA CUAL OTORGA APOYO ÚNICO LO QUE CONVIERTE ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDIDATO DE LICITACIÓN SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
59	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.897 INTRODUCIDOR 18 FR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO ÚNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON ÚNICAS DE UNA SOLA MARCA LA CUAL OTORGA APOYO ÚNICO LO QUE CONVIERTE ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDIDATO DE LICITACIÓN SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
60	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.949 SET DE MICRO PUNCIÓN. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO ÚNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON ÚNICAS DE UNA SOLA MARCA LA CUAL OTORGA APOYO ÚNICO LO QUE CONVIERTE ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDIDATO DE LICITACIÓN SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder

76 registro(s) encontrado(s)





**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

61	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.069 DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE ACCESO FEMORAL, DE SUJECCIÓN QUE FORMA UNA CESTA ALREDEDOR DEL CUERPO DEL CABLE, SONDAS DE CATERER O GUÍAS Y OTROS OBJETOS EXTRAÑOS, CON UNA LONGITUD DE 94 CM, SE COLOCA CERCA DEL CABLE A TRAVÉS DE UNA VAINA INTERNA DE 30 FR LARGA Y FLEXIBLE COLOCADA COAXIALMENTE DENTRO DE UNA VAINA EXTERIOR DE 16 FR DE TFE. LA PRESENTACIÓN ES EN KIT QUE CONTIENE AGUA CALIBRE 18, JERINGA LUER LOCK DE 10 CC, GUÍA DE ALAMBRE CURVADA DE 145 CM, 0.038", DILATADOR, JUEGO DE VAINAS INTRODUCIDORAS PARA ESTACIÓN DE TRABAJO, VAINA INTERIOR RECTA DE 12 FR CON UNA CANASTILLA EN FORMA DE CABEZA DE COBRA HECHA DE ACERO INOXIDABLE/INTELINO, Y LENGÜETA DE 10MM TIENE UNA VALVULA HEMOSTÁTICA EN SU EXTREMO PROXIMAL, TAMBIÉN COMPATIBLE CON UNA VAINA INTRODUCIDORA FEMORAL CURVA DE DIÁMETRO EXTENSO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO ÚNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON ÚNICAS DE UNA SOLA MARCA LA CUAL OTORGA APOYO UNICOS LO QUE CONVIERTE ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDIDATO DE LICITACIÓN SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
62	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.070 VAINA INTRODUCIDORA FEMORAL CURVA DE TFE CON 91.4 CM. DE LONGITUD Y 12 FR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO ÚNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON ÚNICAS DE UNA SOLA MARCA LA CUAL OTORGA APOYO UNICOS LO QUE CONVIERTE ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDIDATO DE LICITACIÓN SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
63	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.886 EXTRACTOR MANUAL DE TÉCNICOS PULMONARES 5 FR A 8 FR DE 140 A 150CM DE LONGITUD, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO ÚNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON ÚNICAS DE UNA SOLA MARCA LA CUAL OTORGA APOYO UNICOS LO QUE CONVIERTE ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDIDATO DE LICITACIÓN SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
64	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 060.01.084 PROTÉSIS ENDOVASCULAR DEDICADO A BIFURCACIÓN DE ACERO INOXIDABLE Y LIBERADOR DE MEDICAMENTO (PACUTAXEL O SIRLUMINO) AUTO EXPANDIBLES O LIBERACIÓN CON BALÓN O PROTÉSIS ENDOVASCULAR DEDICADO A BIFURCACIÓN DE DIVERSAS ALERCIAS Y LIBERACIÓN DE MEDICAMENTO (BIOLIMUS) AUTOEXPANDIBLES O LIBERACIÓN CON BALÓN. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO ÚNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON ÚNICAS DE UNA SOLA MARCA LA CUAL OTORGA APOYO UNICOS LO QUE CONVIERTE ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDIDATO DE LICITACIÓN SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
65	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, NUMERAL II.- OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRECISANDO, INCISO D) DEL EQUIPO MÉDICO REQUERIDO BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO BIENES DE CONSUMO BÁSICO BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD VÍO LIBRE VENTA, ASÍ COMO LOS CATALOGOS, FOLLETOS, MANUALES, ETC. POR FAMILIA, ESTO DEBIDO AL POCO TIEMPO QUE HAY PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESAS POR LO QUE SERIA IMPOSIBLE EL PRESENTAR LA DOCUMENTACION EN CARPETAS COMO SE SOLICITA	SI	13/12/2025 12:49	Responder
66	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, NUMERAL II.- OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRECISANDO, INCISO D) DEL EQUIPO MÉDICO REQUERIDO BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO BIENES DE CONSUMO BÁSICO BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD VÍO LIBRE VENTA, ASÍ COMO LOS CATALOGOS, FOLLETOS, MANUALES, ETC. POR FAMILIA, ESTO DEBIDO AL POCO TIEMPO QUE HAY PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESAS POR LO QUE SERIA IMPOSIBLE EL PRESENTAR LA DOCUMENTACION EN CARPETAS COMO SE SOLICITA	SI	13/12/2025 12:49	Responder
66	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, NUMERAL II.- OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRECISANDO, INCISO D) DEL EQUIPO MÉDICO REQUERIDO BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO BIENES DE CONSUMO BÁSICO BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD VÍO LIBRE VENTA, ASÍ COMO LOS CATALOGOS, FOLLETOS, MANUALES, ETC. POR FAMILIA, ESTO DEBIDO AL POCO TIEMPO QUE HAY PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESAS POR LO QUE SERIA IMPOSIBLE EL PRESENTAR LA DOCUMENTACION EN CARPETAS COMO SE SOLICITA	SI	13/12/2025 12:49	Responder
67	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, NUMERAL II.- OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRECISANDO, INCISO D) DEL EQUIPO MÉDICO REQUERIDO BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO BIENES DE CONSUMO BÁSICO BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LAS TRADUCCIONES ÚNICAMENTE DE LA HOJA(S) DONDE ESPECIFIQUE EL ALCANCE DE LOS CERTIFICADOS ¿SE ACEPTA?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
68	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, NUMERAL II.- OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRECISANDO, INCISO D) DEL EQUIPO MÉDICO REQUERIDO BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO BIENES DE CONSUMO BÁSICO BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA QUE EN EL CASO DE INSUMOS O ACCESORIOS O EQUIPOS O BIENES DE CONSUMO OPCIONALES QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO Y SE AVALE CON EL "ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO". DEL DOF - DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 07/07/2025, ES CORRECTO ENTENDER QUE TAMPOCO CONTARÁ CON ALGÚN CERTIFICADO DE CALIDAD, POR LO CUAL ESTOS PUNTOS SE CUBREN CON EL MISMO DOF Y EL NO PRESENTARLO NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
69	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, NUMERAL II.- OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRECISANDO, INCISO D) DEL EQUIPO MÉDICO REQUERIDO BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO BIENES DE CONSUMO BÁSICO BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE QUE UN BIEN NO REQUIERA DE REGISTRO SANITARIO, SE PODRA PRESENTAR EL "ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LISTADOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, LOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO". DEL DIARIO OFICIAL CON FECHA 07/07/2025 DEBIDAMENTE REFERENCIADO CON EL NUMERAL AL QUE LE CORRESPONDE, YA QUE EN LA CONVOCATORIA SE HACE REFERENCIA AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014 CUANDO YA HAY UN ACUERDO MAS ACTUALIZADO. ¿ES CORRECTO?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
70	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	V. CRITERIOS ESPECÍFICOS, PUNTO 2. EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, RUBRO 1	V. CRITERIOS ESPECÍFICOS, PUNTO 2. EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, RUBRO 1. CAPACIDAD DEL LICITANTE, A) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBTENCIÓN DE PUNTOS DE ESTE RUBRO, DEBE PERTENECER A LA PLANTILLA LABORAL DEL LICITANTE Y POR LO TANTO, DEBEMOS ANEXAR PARA COMPROBAR COPIA DEL ALTA DE IMSS O MOVIMIENTOS AFILIATORIOS DEL PERSONAL PROPUESTO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI	13/12/2025 12:49	Responder

76 registro(s) encontrado(s) << < 4 5 6 7 8 > >>





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

71	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	V. CRITERIOS ESPECÍFICOS, PUNTO 2 EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, RUBRO 1.	V. CRITERIOS ESPECÍFICOS, PUNTO 2 EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, RUBRO 1. CAPACIDAD DEL LICITANTE, A) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS, SUB RUBRO B) PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR QUE EFECTIVAMENTE SE CUENTA CON EL 5% DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA LAASSP Y SUS POBALINES SE ENTREGUE ADEMÁS LA GLOSA O CONSTANCIA DEL IMSS DONDE INDIQUE LA TOTALIDAD DE EMPLEADOS CON QUE CUENTA LA EMPRESA, DE ESA FORMA SE PUEDE VERIFICAR EL PORCENTAJE REQUERIDO POR LA LEY, DE OTRA MANERA SOLO SE ACREDITA QUE CUENTA CON PERSONAL CON DISCAPACIDAD NO QUE CUENTE CON AL MENOS EL 5% DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTILLA LABORAL, (SE ACEPTA)	SI	13/12/2025 12:49	Responder
72	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	V. CRITERIOS ESPECÍFICOS, PUNTO 2 EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, RUBRO 2	V. CRITERIOS ESPECÍFICOS, PUNTO 2 EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, RUBRO 2. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE DEBEMOS PRESENTAR CONTRATOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS CON VIGENCIA DURANTE LOS PERÍODOS DEL 2020 AL 2025 ¿ES CORRECTA NUESTRA APCIACIÓN?	SI	13/12/2025 12:49	Responder
73	GRUPO MEDICAL KALICE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 CLAVE 60.01.004, 60.01.007, INCISO BCB 47	LAS DESCRIPCIONES DE LOS BIENES DE CONSUMO BÁSICO AL QUE HACE REFERENCIA QUE INTEGRA ESTE PROCEDIMIENTO: CATETER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 100 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO, (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO), ESTA DESCRIPCIÓN PERTENECE A UNA SOLA MARCA, POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE TECNOLOGÍA CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, CATETER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 120 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 8 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO, (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO)	SI	14/12/2025 00:10	Responder
74	GRUPO MEDICAL KALICE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 CLAVE 60.01.007, 60.01.008*, INCISO BCB 47	LAS DESCRIPCIONES DE LOS BIENES DE CONSUMO BÁSICO AL QUE HACE REFERENCIA QUE INTEGRA ESTE PROCEDIMIENTO: PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLÍMERO BIOABSORBIBLE, O PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS, EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE, POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE TECNOLOGÍA, PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLÍMERO BIOABSORBIBLE, O PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS, EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, LIBERADOR DE EVEROLIMUS CON POLÍMERO LIBERADOR DE EVEROLIMUS POLÍMERO PERMANENTE, TIPO FOLIOPOPOLÍMERO, DISEÑO MODULAR, PRE MONTADA EN BALÓN DE ALTA O BAJA PRESIÓN Y BAJO PERFIL	SI	14/12/2025 00:10	Responder
75	GRUPO MEDICAL KALICE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18 CLAVE BCC: 60.01.840 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	LAS DESCRIPCIONES DE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO AL QUE HACE REFERENCIA: CATETER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO DE ALTA PRESIÓN, DE 120 A 4.0 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150 CM DE LARGO, CON SISTEMA MONTADO EN GUÍA "OVER THE WIRE", ESTA DESCRIPCIÓN PERTENECE A UNA SOLA MARCA, POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE TECNOLOGÍA CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, CATETER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO DE ALTA PRESIÓN, DE 120 A 4.0 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150 CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO.	SI	14/12/2025 00:10	Responder
76	GRUPO MEDICAL KALICE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18 CLAVE BCC: 60.01.840 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	LAS DESCRIPCIONES DE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO AL QUE HACE REFERENCIA: EXTRACTOR MANUAL DE TROMBOS PULMONARES 5 FR A 8FR DE 140 A 150CM DE LONGITUD, ESTA DESCRIPCIÓN PERTENECE A UNA MARCA, POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE TECNOLOGÍA CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, EXTRACTOR MANUAL DE TROMBOS PULMONARES CON SISTEMA DE SUCCIÓN MECÁNICA, CATETER DE ASPIRACIÓN DE 6 A 8FR, SEPARADORES, DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, TUBO DE ASPIRACIÓN Y CANASTILLA, ESTE INCLUYE EL USO DE EQUIPO	SI	14/12/2025 00:10	Responder

76 registro(s) encontrado(s) << < 4 5 6 7 8 > >>

HECHO QUE SE HIZO CONSTAR EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO PRESENTES EN ESTE MOMENTO.

QUINTO.- SIENDO LAS DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO SE PROCEDE A LA LECTURA DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS LICITANTES, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR LA CONVOCANTE Y EL ÁREA TÉCNICA, COMO SE INDICA ACONTINUACIÓN.

LICITANTE.	NO. DE PREGUNTAS
ARTIMEDICA SA DE CV	2
CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	67
GRUPO MEDICAL KALICE SA DE CV	4
TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	3

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
986957	ARTIMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	60.01.007 PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA RADIAL 60.01.945 PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT)	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLÍMERO BIOABSORBIBLE. O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS, EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOVANTE NOS PERMITA OFERTAR PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE BIOLIMUS A9 EN CROMO COBALTO CON POLÍMERO BIODEGRADABLE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIBRE COMPETENCIA Y LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS	
986969	ARTIME DICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	60.01.008 PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTÍA DIRECTA POR TÉCNICA FEMORAL. 60.01.945 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLÍMERO BIOABSORBIBLE. O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS, EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOVANTE NOS PERMITA OFERTAR PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE BIOLIMUS A9 EN CROMO COBALTO CON POLÍMERO BIODEGRADABLE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIBRE COMPETENCIA Y LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
989411	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES	EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES, RUBRO 2.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, NOS PERMITA PRESENTAR CONTRATOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL PERIODO DE 2018 AL 2024 PARA DEMOSTRAR QUE SE CUENTA CON POR LO MENOS 5 AÑOS DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD, DEBIDO A QUE DEBEN PASAR 12 MESES DEL TERMINO DEL CONTRATO PARA QUE LA FIANZA PUEDA SER LIBERADA POR EL INSTITUTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
992546	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	EVALUACION DE PUNTOS Y PORCENTAJES	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025, AUN CUANDO ÉSTOS NO CUENTEN CON FIANZA LIBERADA, TODA VEZ QUE PARA LA LIBERACIÓN DE LA MISMA ES NECESARIO QUE TRANSCURRA UN PLAZO DE 12 MESES, LO ANTERIOR PARA EFECTOS DE DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
992560	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	TÉCNICO	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS 60.01.873	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS CONFIRME QUE LA DESCRIPCION CORRECTA DEL INSUMO. 60.01.873 ES: DISPOSITIVO PARA CIERRE VASCULAR A BASE DE SUTURAS PRE MONTADAS DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO PARA CERRAR CALIBRES 5,6,7 Y 8 FR FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION
993058	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, NUMERAL 4.3.2	4.3.2 CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SISTEMA DE IMÁGENES INTRAVASCULARES DE MODALIDAD DUAL QUE PERMITE LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL Y QUÍMICA DE ARTERIAS Y PLACAS CORONARIAS MEDIANTE EL USO DE IMÁGENES IVUS DE ANCHO DE BANDA EXTENDIDO INTEGRADAS Y TECNOLOGÍAS NIRS PARA IDENTIFICAR LCP DE INTERÉS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR DEL REQUERIMIENTO ESTE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA COMERCIAL LO QUE CONVIERTE ESTE REQUISITO EN UN CANDADO DE LICITACION QUE LO UNICO QUE BUSCA ES LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEDURIA AL SER UN CONSUMIBLE	NO SE ELIMINA DEL REQUERIMIENTO, SIN EMBARGO, PODRA OFERTAR SU TECNOLOGIA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, INCLUYENDO LOS CONSUMIBLES COMPATIBLES, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				QUE NO SE SOLICITABA, SIENDO QUE EL RESTO DEL REQUERIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS NO SE HA MODIFICADO CON RESPECTO A EVENTOS PREVIOS POR LO QUE NO EXISTE UNA JUSTIFICACION DE SOLICITARSE EN ESTA OCACION. ¿SE ACEPTA?	
993059	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, NUMERAL 4.3.2	4.3.2 CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SISTEMA DE IMÁGENES INTRAVASCULARES DE MODALIDAD DUAL QUE PERMITE LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL Y QUÍMICA DE ARTERIAS Y PLACAS CORONARIAS MEDIANTE EL USO DE IMÁGENES IVUS DE ANCHO DE BANDA EXTENDIDO INTEGRADAS Y TECNOLOGÍAS NIRS PARA IDENTIFICAR LCP DE INTERÉS. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR CUALES SON LAS MARCAS QUE CUMPLEN CON LA DESCRIPCION SOLICITADA DE ACUERDO A LA INVESTIGACION DE MERCADO REALIZADA E INDIQUE PARA TODOS LOS LICITANTES PARA QUE PROCEDIMIENTOS SE REQUIERE ESTE REQUERIMIENTO.	LA RESPUESTA ANTERIOR NO FUE NEGATIVA, NO SE ELIMINA DEL REQUERIMIENTO, SIN EMBARGO PODRA OFERTAR SU TECNOLOGIA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, INCLUYENDO LOS CONSUMIBLES COMPATIBLES, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. RESPECTO A QUE PROCEDIMIENTOS REQUIEREN, LE COMENTO QUE ESTE EQUIPO PROPORCIONA UNA EVALUACION DUAL DE LA IMAGEN INTRAVASCULAR, DURANTE EL CATETERISMO DIAGNOSTICO PARA EVALUAR LA COMPOSICION QUIMICA DE LA PARED ARTERIAL COMO LA IMAGEN ESTRUCTURAL DE LA PARED DEL VASO, PARA IDENTIFICAR LA MORFOLOGIA GENERAL Y EL GRADO DE ESTENOSIS.
993060	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.873 DISPOSITIVO PARA SIERRA VASCULAR A BASE DE SUTURAS PRE MONTADAS DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO PARA CERRAR CALIBRES 5,6,7 Y 8 FR SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO SIN LA DOCUMENTACION REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD, YA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON UNICAS DEL DISPOSITIVO PROGLIDE DE LA MARCA ABBOTT MEDICAL, LO QUE CONVIERTE A ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDADO DE LICITACION AL UNICAMENTE CUMPLIR CON ESTE REQUERIMIENTO EL LICITANTE QUE CUENTE CON EL APOYO DE LA MARCA Y POR ENDE LA DOCUMENTACION TECNICA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.
993061	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, NUMERAL 4.3.2	4.3.2 CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE DE FLUJO VARIABLE INTRACORONARIO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR PARA TODOS LOS LICITANTES SI SE REQUIERE OFERTAR ESTE EQUIPO, YA QUE SE SOLICITAN LOS CONSUMIBLES DEL MISMO CON COMPATIBILIDAD DEL EQUIPO "MARCA BAYER, MODELO: MEDRAD MARK 7 ARTERION", INDICANDO EN EVENTOS PREVIOS EL INSTITUTO YA CONTABA CON EL EQUIPO.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, EL INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE MARCA BAYER, MODELO MEDRAD MARK 7 ARTERION NO SE DEBE OFERTAR. EL EQUIPO QUE SE ESTA SOLICITANDO PARA OFERTAR ES UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE MEDIO DE CONTRASTE DE FLUJO VARIABLE INTRACORONARIO
993062	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, NUMERAL 4.3.2	4.3.2 CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE DE FLUJO VARIABLE INTRACORONARIO. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA POSITIVA, LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS 60.01.913, 60.01.909., 60.01.883, 60.01.908 Y 60.01.862 COMPATIBLES CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO DE "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE DE FLUJO VARIABLE INTRACORONARIO" OFERTADO POR EL LICITANTE. ¿SE ACEPTA?	LA RESPUESTA ANTERIOR ES NEGATIVA, LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS 60.01.913, 60.01.909, 60.01.883, 60.01.908 DEBERAN SER COMPATIBLES CON EL "SISTEMA DE ADMINISTRACION DE MEDIO DE CONTRASTE DE FLUJO VARIABLE INTRACORONARIO" OFERTADO POR EL LICITANTE.
993063	CONSUMIBLES PARA LA	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.1057 KIT DE INTRODUTOR RADIAL CON PARED ULTRADELGADA LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25CM DE	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	SALUD SA DE CV		NÚMERO 7 (SIETE)	5 A 7FR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTE REQUERIMIENTO TODA VES QUE LO SOLICITADO CUMPLE UNA SOLA MARCA COMERCIAL "TERUMO" LA CUAL OTORGA APOYO UNICO A LA EMPRESA VITALMEX GENERANDO CANDADOS DE LICITACION,SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
993064	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.1068 STENT LIBERADOR DE FÁRMACO BIOLIMUS A9, O STENT/ANDAMIO BIO ABSORBIBLE LIBERADOR DE FÁRMACO SIROLIMUS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR STENT CORONARIO PLATINO-CROMO CON LIBERACIÓN DE EVEROLIMUS DE 8 A 48 MM X 2.25 A 4.00 MM, YA QUE EL FARMACO BIOLIMUS A9 ES UNICO DE MARCA BIOMATRIX LO QUE GENERA UN CANDADO DE LICITACION AL SOLICITAR REQUISITOS IMPOSIBLES DE CUMPLIR POR TODOS LOS LICITANTES QUE NO TIENEN EL APOYO DE LA MARCA Y POR LO MISMO EL ACCESO A LA DOCUMENTACION REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS Y/O CERTIFICADOS, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
993065	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.898 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 25 A 45CM CALIBRE. 5,6,7 Y 8 FR O INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 25 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO 4 A 11 FR DILATADOR 25 A 45 MM LONGITUD DE CANULA 5.5 A 90 CM PARA GUIA DE 0.035", SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	
				¿SE ACEPTA?	
993066	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.1084 PRÓTESIS ENDOVASCULAR DEDICADO A BIFURCACIÓN DE ACERO INOXIDABLE Y LIBERADOR DE MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIRULIMUS) AUTO EXPANDIBLES O LIBERACIÓN CON BALÓN O PRÓTESIS ENDOVASCULAR DEDICADO A BIFURCACIÓN DE DIVERSAS ALEACIONES Y LIBERADOR DE MEDICAMENTO (BIOLIMUS) AUTOEXPANDIBLES O LIBERACIÓN CON BALÓN. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTE REQUERIMIENTO TODA VES QUE LO SOLICITADO CUMPLE UNA SOLA MARCA COMERCIAL "LEVBETH MEDICAL" LA CUAL OTORGA APOYO UNICO A LA EMPRESA VITALMEX GENERANDO CANDADOS DE LICITACION,SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.
				¿SE ACEPTA?	
993067	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.806 BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS MEDIDAS DE 2.0 A 4.0 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 10 MM A 30 Ó 40 MM DE LONGITUD. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS MEDIDAS DE 2.0 A 4.0 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 10 MM A 30 Ó 40 MM DE LONGITUD O BALON CORONARIO CON MEDICAMENTO PACLITAXEL DE 2.0 A 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUDES DE 80 MM, 100 MM, 120 MM Y 150 MM., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.
				¿SE ACEPTA?	
993068	CONSUMIBLES PARA LA	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.818 BANDA DE COMPRESIÓN RADIAL.	DEBERAN PRESENTAR AL MENOS EL CATALOGO, EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y EL OFICIO DE LA COFEPRIS ACTUALIZADO, DONDE INDIQUE QUE NO REQUIERE DE





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	SALUD SA DE CV		NÚMERO 7 (SIETE)	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO ÚNICAMENTE CON EL CATALOGO Y EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. DIARIO OFICIAL DE 22/12/2014 O EN SU DEFECTO EL OFICIO DE LA COFEPRIS DONDE INDIQUE QUE NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO	REGISTRO SANITARIO ESTE INSUMO.
993069	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.819 BOLSA ESTÉRIL PARA TUBO DE FLUOROSCOPIO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO ÚNICAMENTE CON EL CATALOGO Y EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. DIARIO OFICIAL DE 22/12/2014 O EN SU DEFECTO EL OFICIO DE LA COFEPRIS DONDE INDIQUE QUE NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO	DEBERAN PRESENTAR AL MENOS EL CATALOGO, EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y EL OFICIO DE LA COFEPRIS ACTUALIZADO, DONDE INDIQUE QUE NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO ESTE INSUMO.
993070	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.837 CATÉTER GUÍA MULTIPROPÓSITO 5, 6, 7 Y 8 FR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER GUÍA MULTIPROPÓSITO 5 Ó 6 Ó 7 U 8 FR., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON LAS CUATRO MEDIDAS DISPONIBLES, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
993071	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.848 CATÉTERES DIAGNOSTICO CONVENCIONAL DISTINTOS DE 4 A 8 FR. Y HASTA 110 CMS. DE LONGITUD. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTERES DIAGNOSTICO CONVENCIONAL DISTINTOS CON UN RANGO EN SUS MEDIDAS DE 4 HASTA 8 FR. Y UN RANGO DE 100 O 125 CMS DE LONGITUD., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
993072	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	¿SE ACEPTA? ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.865 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, 0.035" LONGITUD OPCIONAL DE 150, 260 Ó 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" LONGITUD 150CM O 260CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
993073	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	¿SE ACEPTA? ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.881 EXTENSIÓN COAXIAL DE CATÉTER GUÍA CORONARIO DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE 5, 5.5, 6, 7 Y 8FR Ó DE 6 A 8 FR O CATETER GUÍA INTERMEDIO DE 0.057" O EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUIA CORONARIO DE 6FR, LONGITUD PROXIMAL DE 120 A 150 CM SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETER GUIA INTERMEDIO DE 0.057", SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.
993074	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	¿SE ACEPTA? ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.897 INTRODUCTOR 18 FR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR DE 20FR, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
993075	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	¿SE ACEPTA? ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.898 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 25 A 45CM CALIBRE. 5,6,7 Y 8 FR O INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 25 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 25 A 45CM CALIBRE. 5,6,7 Y 8 FR O INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 24 A 45 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
993076	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	¿SE ACEPTA? ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.900 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032". SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 Ó 16 Ó 25 CMS. CON GUÍA VASCULAR 0.035 A 0.038"., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
993077	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	¿SE ACEPTA? ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.907 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 O 16 Ó 25 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTORES DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD. 10CM OPCIONAL A 11CM CALIBRE. 6, 7 Y 8 FR., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES,	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	
				¿SE ACEPTA?	
993078	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.941 PAQUETE UNIVERSAL DE ROPA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE CON EL CATALOGO Y EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. DIARIO OFICIAL DE 22/12/2014 O EN SU DEFECTO EL OFICIO DE LA COFEPRIS DONDE INDIQUE QUE NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO	DEBERAN PRESENTAR AL MENOS EL CATALOGO, EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y EL OFICIO DE LA COFEPRIS ACTUALIZADO, DONDE INDIQUE QUE NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO ESTE INSUMO.
993079	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.944 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO, ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO. CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS EN DIVERSAS MEDIDAS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA CON CUALQUIER TIPO DE REVESTIMIENTO EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO O ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO O EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO EN DIVERSAS MEDIDAS., YA QUE LAS DIVERSAS MARCAS MANEJAN CON DIFERENTES RECUBRIMIENTOS, SIENDO UN LIMITANTE EL CUMPLIR CON TODOS LOS TIPOS DE RECUBRIMIENTO SOLICITADOS.	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
993080	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.945 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLÍMERO BIOABSORBIBLE. O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS, EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE SIROLIMUS 2.25 MM A 4.0 MM DE DIAMETRO X 13 A 38 MM DE LONGITUD, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				¿SE ACEPTA?	
993081	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.948 ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0.014" DE DIÁMETRO. TIPO: PIN-VICE. DESECHABLE O KIT DE VALVULA EN "Y" QUE INCLUYE, VALVULA, ROTOR E INSERTOR, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL CASO DEL ROTADOR DE CUERDA GUIA PARA ANGIOPLASTIA BASTARA CON SER INCLUIDO COMO PARTE DE UN KIT PARA EL PROCEDIMIENTO DE ACTP, ESTO YA QUE LO SOLICITADO NO TODAS LAS MARCAS LO COMERCIAN DE MANERA INDIVUAL, POR LO QUE SERIA UN LIMITANTE PARA LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEDURIA.	ES CORRECTA SU APRECIACION, PUEDE VENIR INCLUIDO EN EL KIT
				¿ES CORRECTO?	
993082	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.949 SET DE MICRO PUNCIÓN. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTE REQUERIMIENTO TODA VES QUE LO SOLICITADO CUMPLE UNA SOLA MARCA COMERCIAL "COOK MEDICAL" LA CUAL OTORGA APOYO UNICO A LA EMPRESA VITALMEX GENERANDO CANDADOS DE LICITACION,SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.
				¿SE ACEPTA?	
993083	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.959 STENT PREMONTADO EN BALÓN CUBIERTO DE EPTFE. (USO CORONARIO). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR STENT PERIFÉRICO AUTOEXPANDIBLE CUBIERTO CON PTFE O EPTFE O STENT PREMONTADO EN BALON CUBIERTO DE PTFE. O STENT AUTOEXPANDIBLE CUBIERTO CON PET.(USO CORONARIO).,SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
				¿SE ACEPTA?	
993084	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.970 TUBO PARA MUESTRA DE SANGRE PARA MEDICIÓN DE TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADA. LNCLUYE CONSOLA POR PROCEDIMIENTO QUE SE RETIRARÁ AL TÉRMINO DEL MISMO.	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA PARA EL MONITOREO DE TIEMPO DE COAGULACIÓN CON TECNOLOGIA DE CARTUCHO O TARJETA COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO. LNCLUYE EQUIPO ¿SE ACEPTA?	
993085	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.983 CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA, RÍGIDA O DOBLE ESPIRAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 175CM A 195CM DE LONGITUD. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON O SIN RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" CON UN RANGO EN SUS MEDIDAS DE DIÁMETRO Y 182CM HASTA 300CM DE LONGITUD., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.
993086	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.985 CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO CON 300CM DE LONGITUD. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON O SIN RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" CON UN RANGO EN SUS MEDIDAS DE DIÁMETRO Y 182CM HASTA 300CM DE LONGITUD., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.
993087	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.899 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA PEDIÁTRICO, 4, 5 Y 6 FRENCH, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 14 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA PEDIÁTRICO, 4, 5 Y 6 FRENCH, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 11 O 14 CMS., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	
				¿SE ACEPTA?	
993088	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.1069 DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE ACCESO FEMORAL, DE SUJECCIÓN QUE FORMA UNA CESTA ALREDEDOR DEL CUERPO DEL CABLE, SONDAS DE CATÉTER O GUÍAS Y OTROS OBJETOS EXTRAÑOS. CON UNA LONGITUD DE 94 CMS. SE COLOCA CERCA DEL CABLE A TRAVÉS DE UNA VAINA INTERNA DE 12 FR LARGA Y FLEXIBLE COLOCADA COAXIALMENTE DENTRO DE UNA VAINA EXTERIOR DE 16 FR DE TFE. LA PRESENTACIÓN ES EN KIT QUE CONTIENE: AGUJA CALIBRE 18, JERINGA LUER LOCK DE 10 CC, GUÍA DE ALAMBRE CURVADA DE 145 CM, 0.038", DILATADOR, JUEGO DE VAINAS INTRODUCTORAS PARA ESTACIÓN DE TRABAJO, VAINA INTERIOR RECTA DE 12 FR CON UNA CANASTILLA EN FORMA DE CABEZA DE COBRA HECHA DE ACERO INOXIDABLE/NITINOL Y LENGÜETA DE 13MM TIENE UNA VÁLVULA HEMOSTÁTICA EN SU EXTREMO PROXIMAL. TAMBIÉN COMPATIBLE CON UNA VAINA INTRODUCTORA FEMORAL CURVA DE DIÁMETRO EXTENSO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTE REQUERIMIENTO TODA VES QUE LO SOLICITADO CUMPLE UNA SOLA MARCA COMERCIAL LA CUAL OTORGA APOYO UNICO A LA EMPRESA VITALMEX GENERANDO CANDADOS DE LICITACION,SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.
993089	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.1070 VAINA INTRODUCTORA FEMORAL CURVA DE TFE CON 91.4 CMS. DE LONGITUD Y 12 FR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTE REQUERIMIENTO TODA VES QUE LO SOLICITADO CUMPLE UNA SOLA MARCA COMERCIAL LA CUAL OTORGA APOYO UNICO A LA EMPRESA VITALMEX GENERANDO CANDADOS DE LICITACION,SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	
				¿SE ACEPTA?	
993090	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.909 JERINGA PARA SISTEMA DE INYECCIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE POR FLUJO VARIABLE PARA INYECTOR MARCA BAYER, MODELO: MEDRAD MARK 7 ARTERION. 60.01.913 KIT PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIÓN SALINA Y MEDIO DE CONTRASTE POR FLUJO VARIABLE: INCLUYE 1 MANIFOLD, TUBO DE SOLUCIÓN SALINA Y UNA JERINGA DE MANO, Ó KIT CON JERINGA DE 150 ML, TUBO DE SOLUCIÓN SALINA Y CONTRASTE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE TANTO EL KIT COMO LAS JERINGAS OFERTADAS DEBERAN SER COMPATIBLES CON EL EQUIPO MARK 7., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA? ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS 60.01.913, 60.01.909 DEBERAN SER COMPATIBLES CON EL "SISTEMA DE ADMINISTRACION DE MEDIO DE CONTRASTE DE FLUJO VARIABLE INTRACORONARIO" OFERTADO POR EL LICITANTE.
993091	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.909 JERINGA PARA SISTEMA DE INYECCIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE POR FLUJO VARIABLE PARA INYECTOR MARCA BAYER, MODELO: MEDRAD MARK 7 ARTERION. 60.01.913 KIT PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIÓN SALINA Y MEDIO DE CONTRASTE POR FLUJO VARIABLE: INCLUYE 1 MANIFOLD, TUBO DE SOLUCIÓN SALINA Y UNA JERINGA DE MANO, Ó KIT CON JERINGA DE 150 ML, TUBO DE SOLUCIÓN SALINA Y CONTRASTE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SERA NECESARIO PRESENTAR LA DOCUMENTACION DEL EQUIPO MARK 7., YA QUE ESTE EQUIPO NO SE SOLICITA EN EL PRESENTE EVENTO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION
993092	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) BCB2 AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038". SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE. 18 G PARA GUÍA DE 0.021" O 0.035" O 0.038"., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
993093	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) BCB109 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 O 16 Ó 25 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 11 O 25 CM CALIBRE. 14 FR., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.
993094	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) BCB61 CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: FEMORAL DERECHA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 6FR., LONGITUD 110 CM. TIPO: FEMORAL DERECHA ASA DE 3.5 O 4 O 5, AMPLATZ 1 O 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
993095	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) BCB62 CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 O 110 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2.	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	DE CV			MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 6FR., LONGITUD 110 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERA ASA DE 3.5 O 4 O 5, AMPLATZ 1 O 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
993096	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) BCB14 BANDA DE COMPRESIÓN RADIAL SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE CON EL CATALOGO Y EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. DIARIO OFICIAL DE 22/12/2014 O EN SU DEFECTO EL OFICIO DE LA COFEPRIS DONDE INDIQUE QUE NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO	DEBERAN PRESENTAR AL MENOS EL CATALOGO, EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y EL OFICIO DE LA COFEPRIS ACTUALIZADO, DONDE INDIQUE QUE NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO ESTE INSUMO.
993097	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) BCB47 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE 4 MM DE DIÁMETRO POR 30 MM DE LONGITUD, 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.
993098	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) NUMERAL BCB84 CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 175CM	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	DE CV			Ó 180 Ó 182 A 300CM DE LONGITUD. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON O SIN RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" CON UN RANGO EN SUS MEDIDAS DE DIÁMETRO, 182 O 300 CM DE LONGITUD., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
993099	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) BCB82 CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035" Ó 0.038 Y/O 0.018" " LONGITUD DE 145 CM Ó 150 Ó 260 CM. CON PUNTA RECTA O CURVA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035" Ó 0.038 Y/O 0.018" " LONGITUD DE 145 CM Ó 150 Ó 260 CM. CON PUNTA RECTA O ANGULADA., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
993100	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) NUMERAL BCB125 JERINGA CON MANÓMETRO INSUFLADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES DE 1 HASTA 30ATM. Y 20 O 26 CC. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR JERINGA CON MANÓMETRO INSUFLADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES DE 1 HASTA 26 O 30 ATM. Y 20 O 26 CC. , SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
993101	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	¿SE ACEPTA? ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) NUMERAL BCB86 CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014 A 0.018" DE DIÁMETRO Y OPCIONALMENTE DE 175CM A 300CM DE LONGITUD. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON O SIN RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" O 0.018" CON UN RANGO EN SUS MEDIDAS DE DIÁMETRO, 182 O 300 CM DE LONGITUD., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
993102	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	¿SE ACEPTA? ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) NUMERAL BCB121 INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA FEMORAL, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 5 A 8 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.038" SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA FEMORAL, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 5 A 8 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.035 A 0.038", SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
993103	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	¿SE ACEPTA? ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) NUMERAL BCB113 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 11 Y 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR., SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	
				¿SE ACEPTA?	
993104	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 060.01.1099 DISPOSITIVO DE ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO CERCANO (NIRS) CON SISTEMA DE IMAGEN INTRAVASCULAR DE ALTA DEFINICIÓN CON UN ANCHO DE BANDA ACTIVO DE 35 A 65 MHZ, TRES VELOCIDADES DE PULLBACK Y UNA LONGITUD DE 150 MN. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR DEL REQUERIMIENTO ESTE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON ÚNICAS DE UNA SOLA MARCA COMERCIAL LO QUE CONVIERTE ESTE REQUISITO EN UN CANDADO DE LICITACION QUE LO ÚNICO QUE BUSCA ES LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEDURÍA AL SER UN CONSUMIBLE QUE NO SE SOLICITABA, SIENDO QUE EL RESTO DEL REQUERIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS NO SE HA MODIFICADO CON RESPECTO A EVENTOS PREVIOS POR LO QUE NO EXISTE UNA JUSTIFICACIÓN DE SOLICITARSE EN ESTA OCASIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ELIMINA DEL REQUERIMIENTO, SIN EMBARGO PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, INCLUYENDO LOS CONSUMIBLES COMPATIBLES, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
993105	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 060.01.1099 DISPOSITIVO DE ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO CERCANO (NIRS) CON SISTEMA DE IMAGEN INTRAVASCULAR DE ALTA DEFINICIÓN CON UN ANCHO DE BANDA ACTIVO DE 35 A 65 MHZ, TRES VELOCIDADES DE PULLBACK Y UNA LONGITUD DE 150 MN. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR CUALES SON LAS MARCAS QUE CUMPLEN CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA DE ACUERDO A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO REALIZADA E INDIQUE PARA TODOS LOS LICITANTES PARA QUE PROCEDIMIENTOS SE REQUIERE ESTE REQUERIMIENTO.	LA RESPUESTA ANTERIOR NO FUE NEGATIVA, NO SE ELIMINA DEL REQUERIMIENTO, SIN EMBARGO PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, INCLUYENDO LOS CONSUMIBLES COMPATIBLES, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. RESPECTO A QUE PROCEDIMIENTOS REQUIEREN, LE COMENTO QUE ESTE EQUIPO PROPORCIONA UNA EVALUACIÓN DUAL DE LA IMAGEN INTRAVASCULAR, DURANTE EL CATETERISMO DIAGNÓSTICO PARA EVALUAR LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA PARED ARTERIAL COMO LA IMAGEN ESTRUCTURAL DE LA PARED DEL VASO, PARA IDENTIFICAR LA MORFOLOGÍA GENERAL Y EL GRADO DE ESTENOSIS.
993106	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.923 MICROCATETER CORONARIO PARA OCLUSIONES CRÓNICAS . SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO ÚNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON ÚNICAS DE UNA SOLA MARCA LA CUAL OTORGA APOYO DE ÚNICOS LO QUE CONVIERTE ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDADO DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				LOS INTERESADOS"	
				¿SE ACEPTA?	
993107	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) BCB47 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA LA CUAL OTORGA APOYO UNICO LO QUE CONVIERTE ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDADO DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.
				¿SE ACEPTA?	
993108	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.944 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO, ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO. CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS EN DIVERSAS MEDIDAS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA LA CUAL OTORGA APOYO UNICO LO QUE CONVIERTE ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDADO DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS"	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.
				¿SE ACEPTA?	
993109	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.873 DISPOSITIVO PARA SIERRA VASCULAR A BASE DE SUTURAS PRE MONTADAS DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO PARA CERRAR CALIBRES 5,6,7 Y 8 FR	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA LA CUAL OTORGA APOYO UNICO LO QUE CONVIERTE ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDADO DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
993110	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.959 STENT PREMONTADO EN BALON CUBIERTO DE EPTFE. (USO CORONARIO). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA LA CUAL OTORGA APOYO UNICO LO QUE CONVIERTE ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDADO DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.
993111	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.897 INTRODUCTOR 18 FR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA LA CUAL OTORGA APOYO UNICO LO QUE CONVIERTE ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDADO DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
993112	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.949 SET DE MICRO PUNCIÓN. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA LA CUAL OTORGA APOYO UNICO LO QUE CONVIERTE ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDADO DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.
993113	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.1069 DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE ACCESO FEMORAL, DE SUJECCIÓN QUE FORMA UNA CESTA ALREDEDOR DEL CUERPO DEL CABLE, SONDAS DE CATETER O GUIAS Y OTROS OBJETOS EXTRAÑOS. CON UNA LONGITUD DE 94 CMS. SE COLOCA CERCA DEL CABLE A TRAVÉS DE UNA VAINA INTERNA DE 12 FR LARGA Y FLEXIBLE COLOCADA COAXIALMENTE DENTRO DE UNA VAINA EXTERIOR DE 16 FR DE TFE. LA PRESENTACIÓN ES EN KIT QUE CONTIENE: AGUJA CALIBRE 18, JERINGA LUER LOCK DE 10 CC, GUÍA DE ALAMBRE CURVADA DE 145 CM, 0.038", DILATADOR, JUEGO DE VAINAS INTRODUCTORAS PARA ESTACIÓN DE TRABAJO, VAINA INTERIOR RECTA DE 12 FR CON UNA CANASTILLA EN FORMA DE CABEZA DE COBRA HECHA DE ACERO INOXIDABLE/NITINOL Y LENGUETA DE 13MM TIENE UNA VÁLVULA HEMOSTÁTICA EN SU EXTREMO PROXIMAL. TAMBIÉN COMPATIBLE CON UNA VAINA INTRODUCTORA FEMORAL CURVA DE DIÁMETRO EXTENSO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA LA CUAL OTORGA APOYO UNICO LO QUE CONVIERTE ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDADO DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
993114	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.1070 VAINA INTRODUCTORA FEMORAL CURVA DE TFE CON 91.4 CM. DE LONGITUD Y 12 FR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA LA CUAL OTORGA APOYOF UNICOS LO QUE CONVIERTE ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDADO DE LICITACION,SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.
993115	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 60.01.886 EXTRACTOR MANUAL DE TROMBOS PULMONARES 5 FR A 8FR DE 140 A 150CM DE LONGITUD. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA LA CUAL OTORGA APOYOF UNICOS LO QUE CONVIERTE ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDADO DE LICITACION,SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULOS 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.
993116	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 060.01.1084 PRÓTESIS ENDOVASCULAR DEDICADO A BIFURCACIÓN DE ACERO INOXIDABLE Y LIBERADOR DE MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIRULIMUS) AUTO EXPANDIBLES O LIBERACIÓN CON BALÓN O PRÓTESIS ENDOVASCULAR DEDICADO A BIFURCACIÓN DE DIVERSAS ALEACIONES Y LIBERADOR DE MEDICAMENTO (BIOLIMUS) AUTOEXPANDIBLES O LIBERACIÓN CON BALÓN.	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE REQUERIMIENTO PRESENTANDO UNICAMENTE LOS CATALOGOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS SON UNICAS DE UNA SOLA MARCA LA CUAL OTORGA APOYO UNICO LO QUE CONVIERTE ESTE REQUERIMIENTO EN UN CANDADO DE LICITACION, SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION SEGÚN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE ESTABLECE: "PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA" ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LAS BASES DE LICITACIÓN REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS" ¿SE ACEPTA?	
993117	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, NUMERAL II.- OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRECISANDO, INCISO D) DEL EQUIPO MÉDICO REQUERIDO BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO BIENES DE CONSUMO BÁSICO BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACION SOLICITADA REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O LIBRE VENTA, ASI COMO LOS CATALOGOS, FOLLETOS, MANUALES, ETC. EN CONCENTRADOS UNICOS DE REGISTROS, CERTIFICADOS Y CATALOGOS, ESTO DEBIDO AL POCO TIEMPO QUE HAY PARA LA ELABORACION DE PROPUESTAS POR LO QUE SERIA IMPOSIBLE EL PRESENTAR LA DOCUMENTACION EN CARPETAS COMO SE SOLICITA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.
993118	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, NUMERAL II.- OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRECISANDO, INCISO D) DEL EQUIPO MÉDICO REQUERIDO BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO BIENES DE CONSUMO BÁSICO BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACION SOLICITADA REFERENTE A REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O LIBRE VENTA, ASI COMO LOS CATALOGOS, FOLLETOS, MANUALES, ETC. POR FAMILIA, ESTO DEBIDO AL POCO TIEMPO QUE HAY PARA LA ELABORACION DE PROPUESTAS POR LO QUE SERIA IMPOSIBLE EL PRESENTAR LA DOCUMENTACION EN CARPETAS COMO SE SOLICITA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO A LA CONVOCATORIA.
993119	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, NUMERAL II.- OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRECISANDO, INCISO D) DEL EQUIPO MÉDICO REQUERIDO BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO BIENES DE CONSUMO BÁSICO BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LAS TRADUCCIONES UNICAMENTE DE LA HOJA(S) DONDE ESPECIFIQUE EL ALCANCE DE LOS CERTIFICADOS	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO ESTEN DEBIDAMENTE REFERENCIADOS POR PROCEDIMIENTO Y CLAVE, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
993120	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO	¿SE ACEPTA? CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, NUMERAL II.- OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRECISANDO, INCISO D) DEL EQUIPO MÉDICO REQUERIDO BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO BIENES DE CONSUMO BÁSICO BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA QUE EN EL CASO DE INSUMOS O ACCESORIOS O EQUIPOS O BIENES DE CONSUMO OPCIONALES QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO Y SE AVALE CON EL "ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO." DEL DOF - DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 07/07/2025, ES CORRECTO ENTENDER QUE TAMPOCO CONTARA CON ALGÚN CERTIFICADO DE CALIDAD, POR LO CUAL ESTOS PUNTOS SE CUBREN CON EL MISMO DOF Y EL NO PRESENTARLO NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	DEBERAN PRESENTAR AL MENOS EL CATALOGO, EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y EL OFICIO DE LA COFEPRIS ACTUALIZADO, DONDE INDIQUE QUE NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO ESTE INSUMO.
993121	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y ANEXO TECNICO, NUMERAL II.- OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRECISANDO, INCISO D) DEL EQUIPO MÉDICO REQUERIDO BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO BIENES DE CONSUMO BÁSICO BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE QUE UN BIEN NO REQUIERA DE REGISTRO SANITARIO, SE PODRA PRESENTAR EL "ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LISTADOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, LOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE, POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO." DEL DIARIO OFICIAL CON FECHA 07/07/2025 DEBIDAMENTE REFERENCIADO CON EL NUMERAL AL QUE LE CORRESPONDE, YA QUE EN LA CONVOCATORIA SE HACE REFERENCIA AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014 CUANDO YA HAY UN ACUERDO MAS ACTUALIZADO. ¿ES CORRECTO?	DEBERAN PRESENTAR AL MENOS EL CATALOGO, EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y EL OFICIO DE LA COFEPRIS ACTUALIZADO, DONDE INDIQUE QUE NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO ESTE INSUMO.
993134	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	V. CRITERIOS ESPECIFICOS, PUNTO 2. EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, RUBRO 1	V. CRITERIOS ESPECIFICOS, PUNTO 2. EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, RUBRO 1. CAPACIDAD DEL LICITANTE, A) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBTENCIÓN DE PUNTOS DE ESTE RUBRO, DEBE PERTENECER A LA PLANTILLA LABORAL DEL LICITANTE Y POR LO TANTO DEBEMOS ANEXAR PARA COMPROBAR COPIA DEL ALTA DE IMSS O MOVIMIENTOS AFILIATORIOS DEL PERSONAL PROPUESTO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
993135	CONSUMIBLES	LEGAL - ADMINISTRATIVA	V. CRITERIOS ESPECIFICOS, PUNTO 2 EVALUACIÓN DE	V. CRITERIOS ESPECIFICOS, PUNTO 2 EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, RUBRO 1. CAPACIDAD DEL LICITANTE, A)	ES CORRECTA SU APRECIACION





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	PARA LA SALUD SA DE CV	ATIVA	LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, RUBRO 1.	CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS, SUB RUBRO B) PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR QUE EFECTIVAMENTE SE CUENTA CON EL 5% DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA LAASSP Y SUS POBALINES SE ENTREGUE ADEMÁS LA GLOSA O CONSTANCIA DEL IMSS DONDE INDIQUE LA TOTALIDAD DE EMPLEADOS CON LOS QUE CUENTA LA EMPRESA, DE ESA FORMA SE PUEDE VERIFICAR EL PORCENTAJE REQUERIDO POR LA LEY, DE OTRA MANERA SOLO SE ACREDITA QUE CUENTA CON PERSONAL CON DISCAPACIDAD NO QUE CUENTE CON AL MENOS EL 5% DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTILLA LABORAL ¿SE ACEPTA?	
993136	CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	V. CRITERIOS ESPECIFICOS, PUNTO 2 EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, RUBRO 2	V. CRITERIOS ESPECIFICOS, PUNTO 2 EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, RUBRO 2.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE DEBEMOS PRESENTAR CONTRATOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS CON VIGENCIA DURANTE LOS PERIODOS DEL 2020 AL 2025 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRA PRESENTAR CONTRATOS FORMALIZADOS DEL PERIODO DE 2019 A 2025, PARA ACREDITAR ESE RUBRO
993601	GRUPO MEDICAL KALICE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 CLAVE 60.01.004, 60.01.007, INCISO BCB 47	LAS DESCRIPCIONES DE LOS BIENES DE CONSUMO BASICO AL QUE HACE REFERENCIA QUE INTEGRA ESTE PROCEDIMIENTO:CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO), ESTA DESCRIPCION PERTENECE A UNA SOLA MARCA, POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE TECNOLOGÍA CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA. CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.20 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 8 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO)	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
993602	GRUPO MEDICAL KALICE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 CLAVE 60.01.007, 60.01.008*, INCISO 60.01.945	LAS DESCRIPCIONES DE LOS BIENES DE CONSUMO BASICO AL QUE HACE REFERENCIA QUE INTEGRA ESTE PROCEDIMIENTO: PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLÍMERO BIOABSORBIBLE. O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS, EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE, POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE TECNOLOGÍA. PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLÍMERO BIOABSORBIBLE. O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS, EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, LIBERADOR DE EVEROLIMUS CON POLÍMERO LIBERADOR DE EVEROLIMUS POLÍMERO PERMANENTE, TIPO FOLOROPOLIMERO, DISEÑO MODULAR, PRE MONTADA EN BALÓN DE ALTA O BAJA PRESIÓN Y BAJO PERFIL	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
993603	GRUPO MEDICAL KALICE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18 CLAVE BCC: 60.01.840 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	LAS DESCRIPCIONES DE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO AL QUE HACE REFERENCIA: CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO DE ALTA PRESIÓN, DE 1.20 A 4.0 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150 CM DE LARGO, CON SISTEMA MONTADO EN GUÍA "OVER THE WIRE", ESTA DESCRIPCION PERTENECE A UNA SOLA MARCA, POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE TECNOLOGÍA CON EL FIN	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA. CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO DE ALTA PRESIÓN, DE 1.20 A 4.0 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150 CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO.	
993604	GRUPO MEDICAL KALICE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 18 CLAVE BCC: 60.01.886 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	LAS DESCRIPCIONES DE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO AL QUE HACE REFERENCIA: EXTRACTOR MANUAL DE TROMBOS PULMONARES 5 FR A 8FR DE 140 A 150CM DE LONGITUD., ESTA DESCRIPCION PERTENECE A UNA MARCA, POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE TECNOLOGÍA CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA. EXTRACTOR MANUAL DE TROMBOS PULMONARES CON SISTEMA DE SUCCIÓN MECÁNICA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN DE 6 A 8FR, SEPARADORES, DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, TUBO DE ASPIRACIÓN Y CANASTILLA, ESTE INCLUYE EL USO DE EQUIPO	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES

SEXTO.- SE PROCEDE A ENVIAR A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX, LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS POR PARTE DEL LICITANTE MENCIONANADAS EN EL PUNTO ANTERIOR.

SÉPTIMO.- LA CONVOCANTE OTORGA EL PLAZO PARA QUE LOS LICITANTES REVISEN LAS RESPUESTAS OTORGADAS Y DERIVADO DE ELLO FORMULEN Y REMITAN POR LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX, LAS PREGUNTAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS OTORGADAS, POR LO QUE EN CASO DE QUE EXISTAN REPREGUNTAS EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS EMITIDAS, LA FECHA Y HORA LIMITE ES EL **QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO** A LAS **DIECINUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS**.

OCTAVO.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 46 FRACCIÓN II SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, **EN CASO DE ENVÍO DE REPREGUNTAS** SE DARÁ CONTINUIDAD CON LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS **DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS** DEL **DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO**.

NOVENO.- EN CASO DE NO EXISTIR REPREGUNTAS Y UNA VEZ QUE SE HAN RESPONDIDO LOS PLANTEAMIENTOS DEL LICITANTE ANTERIORMENTE CITADO, **ESTA CONVOCANTE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO**, CONSIDERANDO QUE LAS RESPUESTAS QUE FUERON OTORGADAS CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE A LOS CUESTIONAMIENTOS O DUDAS Y QUE SE LES PROPORCIONÓ TODA LA INFORMACIÓN Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 46





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.-----

DÉCIMO.- EN RAZÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN ESTE ACTO SE RATIFICA EL CALENDARIO DE LOS EVENTOS SUBSECUENTES DE ESTA LICITACIÓN, QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:-----

PROGRAMA DE ACTOS			
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Presentación y Apertura de Propositiones.	23 de diciembre de 2025	14:00 horas	SOLO A TRAVÉS DE COMPRAS MX
Acto de Fallo de la Licitación.	29 de diciembre de 2025	14:00 horas	SOLO A TRAVÉS DE COMPRAS MX
Firma de Contrato	31 de diciembre del 2025		Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos (MFIJ)

DÉCIMO PRIMERO.- EN USO DE LA PALABRA LA REPRESENTANTE DEL ÁREA DE AUDITORÍA, ÁREA DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES REGIÓN 10 ESTADO DE MÉXICO ORIENTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS, EMITE COMENTARIOS MEDIANTE OFICIO NO. **SABG/OICGYR/AIDI10/2103/2025** DE FECHA **15 DE DICIEMBRE DEL 2025**, RECIBIDO EN LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EL **15 DE DICIEMBRE DEL 2025**, ASIMISMO SOLICITA QUE SE FIRME EN DOS TANTOS EN ORIGINAL LA PRESENTE ACTA, LA CUAL SERÁ UNA PARA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y OTRA PARA EL CONTROL DEL REPRESENTANTE ANTES MENCIONADO; ASIMISMO, SE MANIFIESTA LO SIGUIENTE: -----





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÁREA DE AUDITORÍA, ÁREA DENUNCIAS E INVESTIGACIONES
OFICINA REGIONAL 10 ESTADO DE MÉXICO
Oficio No. SABG/OICGYR/AIDI10/2103/2025

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 15 de diciembre de 2025

Mtro. Miguel Angel Velasco Casarrubias
Encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional
Estado de México Oriente del IMSS
Presente

En atención al correo electrónico enviado por la C. Karla Mendoza Carbajal, Responsable de Proyectos del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, recibido el 09 de diciembre de 2025, esta autoridad fiscalizadora y sus representantes manifiestan lo siguiente:

Comentario OIC "Junta de Aclaraciones"

Respecto al procedimiento de contratación, siguiente:

LA-50-GYR-050GYR028-N-18-2026, SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2026, A FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DEL H.G.Z. NÚMERO 197, ADSCRITO AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE

Con fundamento en el artículo 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dispone que la Secretaría de la Función Pública, podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, párrafo quinto del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En este acto, se hace constar que mediante oficio número SABG/OICGYR/AIDI10/1961/2025 de fecha 02 de diciembre del año en curso, se hizo del conocimiento del área contratante a través de la persona servidora pública facultada para llevar los actos del presente procedimiento de contratación, los comentarios de carácter general al procedimiento de contratación, derivado de convocatoria del Subcomité Revisor de Convocatorias en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertare.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 43 y 44 de la Ley; 46, fracciones IV y V, de su reglamento, se solicita a los representantes del área contratante, área requirente y/o técnica, en el ámbito de sus facultades a dar respuesta de forma clara y precisa a las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y sus anexos.

Se sugiere considerar todas y cada de las solicitudes de aclaración por parte de los participantes, para que se tomen las previsiones correspondientes en cuanto a las posibles modificaciones susceptibles de realizarse a la Convocatoria del procedimiento de contratación y sus anexos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43, de la LAASSP y conforme al tramo de responsabilidad de cada una de las áreas contratante, requirente y/o técnica.

Por otra parte, se les solicita a todas las Áreas Requirentes, Técnicas, Administradoras, Contratantes, etc., del OOAD EMO, que en cualquier parte de los Procedimientos de Adjudicación de conformidad al Artículo 35 de la "LAASSP", así como lo señalado en el Numeral, 4.2.2.1.15 Evaluación de los aspectos legales de las proposiciones del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, consultar en Compras MX para verificar que los licitantes no se encuentren inhabilitados para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley, sin perjuicio de la revisión que, en su caso, se realice al DOF. (Se sugiere, realizar dicha actividad y tener la evidencia documental que acredita tal acción, "pantalla", "consulta", etc., y presentarla e integrarla al expediente en cuestión).



Sede del Área de Auditoría; de Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social
Recursos Hidráulicos número 2, colonia La Loma, C.P. 54060, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÁREA DE AUDITORÍA, ÁREA DENUNCIAS E INVESTIGACIONES
OFICINA REGIONAL 10 ESTADO DE MÉXICO
Oficio No. SABG/OICGYR/AIDI10/2103/2025

Es importante resaltar que deberán apegarse al "ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", en el Artículo Quinto y Artículo Sexto y Artículo Séptimo.

Es importante resaltar que de acuerdo con los POBALINES en el numeral 4.24.4 incisos f y g se deberá realizar visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.

Conforme con lo anterior, se deberá revisar el DOF, el Directorio de Proveedores Inhabilitados de la SABG, y si algún participante se encuentra inhabilitado, se debe hacer el señalamiento al área contratante y/o convocante.

Es importante señalar que como evidencia de nuestra participación en este evento, los presentes comentarios deberán quedar debidamente asentados en el Acta correspondiente.

Así mismo, por tratarse de un evento de carácter electrónico y conforme a los medios remotos de comunicación electrónica en la plataforma digital de contrataciones públicas denominada COMPRASMX, se solicita considerar como participante, al Lic. Edgar Roberto Vilchis Delgado, con los datos siguientes:

Nombre: Edgar Roberto Vilchis Delgado
RFC: VIDE751202QT2
Puesto: JEFE DE GRUPO DE AUDITORÍA OIC en el IMSS
Email: edgar.vilchis@imss.gob.mx

Atentamente

Dra. en D. Leticia Robles Mendoza
TITULAR

C.c.p. Mtro. Aunard Agustín De La Rocha Waite. Encargado de la Jefatura de Servicios Administrativos Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente. -Para su conocimiento y efectos legales.
Lic. Julio Montero Puertos Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente. -Para su conocimiento y efectos legales.

Expediente y Minutario.

ERVD/



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Sede del Área de Auditoría, de Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social
Recursos Hidráulicos número 2, colonia La Loma, C.P. 54060, Tlalnepeantla de Baz, Estado de México.



2025
Año de
La Mujer
Indígena



-----**CIERRE DEL ACTA**-----

PRIMERO.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA SIENDO LAS **TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS** DEL DÍA DE INICIO.-----

SEGUNDO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y CON EL NUMERAL III. DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO POR EL IMSS: -----

LIC. JULIO MONTERO PUERTOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

MTRO. MARCO ANTONIO RAFAEL ROMAN SÁNCHEZ

JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

VICTOR MANUEL LOBATO PEREZ

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

DRA. PAMELA OLVERA MAGAÑA

COORDINADORA DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL H.G.Z. NO 197.
ÁREA REQUERENTE Y TÉCNICA

L.A.E. EDGAR ROBERTO VILCHIS DELGADO

JEFE DE GRUPO DEL ÁREA DE AUDITORÍA; ÁREA DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES REGIÓN 10 DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ESTADO DE MÉXICO
ORIENTE

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ANTECEDEN INTERVINIERON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DE LA **LA-50-GYR-050GYR028-N-18-2026 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA PARA EL EJERCICIO 2026, A FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DEL H.G.Z. NÚMERO 197, ADSCRITO AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE.**-----



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras Mx



CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR028-N-18-2026|VICTOR MANUEL LOBATO PEREZ|LOPV911223BY7|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|356b5a27e28df6c6222d8a28b727923ee7a06ee7e345f6a2f41665a1d4b1ef22|15-12-2025 13:30:14||

FIRMA ELECTRÓNICA:
PyMo3ULFYkgXhs12S5R/YJ92/32X2dQKjwtheKl6Etz1ce16bqCRZhGzW7myeKXa/44N8LVZ3cp0mUEQDV7CuhZTAabCQLoqi+E6qKI07LbAlGPh9k4XxumZMVBjat0yeaNDlpb60spdCP0r5dFFI63L/ezD/Xxn8gw5stfhhkTmnL1JAq5Uz27L32P1HVjLD9bh3BvBzZyB1LH1yu7acTcqN1I6n66wXJA9EeyWY3RAFeZhW61ZUYIPsTwekL90LipTs6aXun3htawtsRJEbU23eC18vR/xND/6152cMswkMbBQLY0c+FaL4X6yF31UDYsL3dh7MHEIgpCsgxdQDA==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
6721062c-1fcc-49bc-89cb-0034c103060a



CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR028-N-18-2026|JULIO MONTERO PUERTOS|MOPJ760312DRA|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|356b5a27e28df6c6222d8a28b727923ee7a06ee7e345f6a2f41665a1d4b1ef22|15-12-2025 13:32:33||

FIRMA ELECTRÓNICA:
FAREX2d2hLPrwTjHPnwpR6SqBQT6DoxZPvbs94weCYse7ja0jLWSlmdLGFnRlPjK53NJegCAWatejuJiZ0SjekVM/ImMe8wgXSRb1Q3FmAnzK+k5qLz3eDFRQzohGn4EKJFPF72WAAtxdQIQknZzd/Zc01otq041FncAyfB7K9vT2tFe7RzhrPh7hagIR2YHtn6mEf9YL3RwnSz51SqBeR1YZwftbE6QsGqpLgtv5AHdkuH4XnbQpV1xq867wgTva+hYU4xVEUopw4REUNIF6pQg00zH+Ym6kxdX1hHfKNLtwwPmRnOwpfpgHkFMNh7W01avq/IZtCoK/zHz/sLJg==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
cbb02116-0ce0-46dc-b27d-96399ae90a7b



CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR028-N-18-2026|PAMELA OLVERA MAGAÑA|OEMP810917C52|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|356b5a27e28df6c6222d8a28b727923ee7a06ee7e345f6a2f41665a1d4b1ef22|15-12-2025 13:32:13||

FIRMA ELECTRÓNICA:
KLEIdFBI+2mzoY2tdnfaiP3Jzd62CGFdrvv3EYjTERLZ8rAlkMeirxIjmsUr9QDxfu0rmuc+GdwXb8ItqeHC0MI/KkvLrS61Q64s7pPvUpYJKY5lgenn/DxolQ0b8/1/zugwmgolrDwIC/FPX/QS34ArQ3mhBgssQm7A2muM9GEogLkQ7X708q8ahTEc8snUMC1sfFViLaLPZ8sPq6IyJgF6DlpU011nltMfnMb35mhNu145tnNVASLBhMLJi650ePN6RCvgTYcsntWIHNY/vwyY84hbQ5z4scBdpw52EsM0xpT046vR0aF4nSacENqgHTHF67XkLNGZcbhs77CNw==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
5a444f9e-9798-4b42-a6c1-280275ea2e66



CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR028-N-18-2026|MARCO ANTONIO RAFAEL ROMAN SANCHEZ|ROSM7601048G5|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|356b5a27e28df6c6222d8a28b727923ee7a06ee7e345f6a2f41665a1d4b1ef22|15-12-2025 13:30:05||

FIRMA ELECTRÓNICA:
ZtBFTCRTrpLTY7R8hX781S1RfpGI7YRMRFsWS2HuJdCEfLnk+dImGhOyxS01/1kk6zITiCSr43cjRFhCM3fv2sLxKMzxroQNL/L1+gTq23eycUx7r6v7++hYkzXTaFLb6x2Uy/yanGdr4HAS0bdfYV4Fet3ke8K30B02fMgzEDDrKsCL+2cmXEQpNAGlFgfDeceXxklFndTquhqNynRl6F23FFxnjF3IEYGVFOIrj+phXJZa4BL3rF7h06jWYqR6Yquas6d74Nazhnx+L+QpFLk2rqV8ckmApysotBFIrL3sBnmp30X3Xcxb0b5j12mYyzzHdRNdVxI9H8WT+zVUG==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
27031b42-99d5-486e-9b4c-ba586d1811f3



CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR028-N-18-2026|EDGAR ROBERTO VILCHIS DELGADO|VIDE751202QT2|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|356b5a27e28df6c6222d8a28b727923ee7a06ee7e345f6a2f41665a1d4b1ef22|15-12-2025 13:34:31||

FIRMA ELECTRÓNICA:
jMVkjd2urBNXCP+v7I4bjQGjakTQ/8EYBKUPexXAORZY+JJUmCQbKSebnKIDt/v2TFgRzLILuiGyRURdGnqvCLoctXGLqf33SMceW+NRNvtlF1gg9qArgmXHbX6y/yh0D5CK/YoLGITJ441rya0W3YN2CLPqgtJLuR2SRk1/p8/nb7JdCV/JIXp0AQvhvM30dgtTbbGa8dfzSRJ59XauFNKQoADLCx352KnV3GL+fEL+x0ZGT9w6cwhqp+3E7XEQMG4km1k0dYLnrmZ/6xjpb1oJ+fLw0sUupk5Bn08wEUsR/cnuyxmb7XdnXZwpscVv/dBXSLPDwoT7Dcfh6Dw==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
48a906fd-370f-4f1c-ac0e-43f63f75d438

El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

<https://www.gob.mx/buengobierno>