



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR028-N-25-2026 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026, A FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE.-----

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS **DIEZ HORAS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO**, SE REUNIERON EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SITO EN LA CALLE PONIENTE 146 NÚMERO 825, COLONIA INDUSTRIAL VALLEJO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02300, CIUDAD DE MÉXICO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA LLEVAR A CABO LA **JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR028-N-25-2026 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026, A FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE.**-----

LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA SE LLEVA A CABO DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES: -----

-----**ANTECEDENTES**-----

PRIMERO.- EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 32, 33, 35 FRACCIÓN I, 36, 37, 39 FRACCIÓN I, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 66, 67, 68, 69 FRACCIÓN II, 70 FRACCIÓN II, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 87, 88 Y 90 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 28, 31, 34, 35, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 58, 81, 82, 84, 85, 88, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103 Y 104 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMSS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, A TRAVÉS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE, POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, UBICADA EN CALLE PONIENTE 146 NÚMERO 825, COLONIA INDUSTRIAL VALLEJO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO,





CÓDIGO POSTAL 02300, CIUDAD DE MÉXICO, CON NÚMERO TELEFÓNICO 5719-4257, CONVOCÓ A LAS EMPRESAS INTERESADAS A PARTICIPAR EN LA PRESENTE **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**, MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX Y RESUMEN DE LA MISMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.-----

-----**DESARROLLO DEL EVENTO**-----

PRIMERO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL III. INCISO B) DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCESO, SIENDO LA HORA INDICADA PARA EL INICIO DEL PRESENTE ACTO, EL **LIC. JULIO MONTERO PUERTOS**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, QUIEN PRESIDE ESTE EVENTO COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 5.3.8 INCISO B) DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PROCEDIO A HACER LA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES. -----

SE COMUNICÓ A LOS ASISTENTES QUE EL PRESENTE EVENTO SERÁ DIFUNDIDO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX.-----

SEGUNDO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EL NUMERAL III. DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SOLAMENTE PODRÁN FORMULAR ACLARACIONES LAS PERSONAS QUE PRESENTEN ESCRITO, DONDE EXPRESEN INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES, DEBERÁN ENVIARSE A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRAS MX, ANTES COMPRANET, A MÁS TARDAR VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA EN QUE SE VAYA A REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES.-----

TERCERO.- EL ÁREA REQUERENTE FORMULA LAS SIGUIENTES PRECISIONES EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.-----

PRECISIÓN NÚMERO 1: EN EL ANEXO NÚMERO 7 (SIETE), DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO -----

DICE: -----





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Paquete 1: Accesos Diagnósticos y Terapéuticos de Mínima Invasión

Incluye procedimientos de otorrinolaringología, ginecología, urología y cirugía general, tanto en población adulta como pediátrica, tales como:

- Cirugías funcionales endoscópicas de nariz, senos paranasales y oído medio.
- Histeroscopías diagnósticas y operatorias.
- Cistoscopías diagnósticas y terapéuticas.
- Resecciones transuretrales (RTUP/RTUV/RTUC).
- Litotricias vesicales, ureterales, percutáneas y pielocaliciales.
- Laparoscopías diagnósticas y terapéuticas: colecistectomías, apendicectomías, hernioplastías, nefrectomías, prostatectomías, histerectomías, cirugías para endometriosis, resección de quistes renales o hepáticos, entre otras.
- Procedimientos toracoscópicos diagnósticos y de corrección de malformaciones congénitas.

DEBE DECIR: -----

Paquete 1: Accesos Diagnósticos y Terapéuticos de Mínima Invasión

Incluye procedimientos de otorrinolaringología, ginecología, urología y cirugía general, tanto en población adulta como pediátrica, tales como:

- Cirugías funcionales endoscópicas de nariz, senos paranasales y oído medio.
- Histeroscopías diagnósticas y operatorias.
- Cistoscopías diagnósticas y terapéuticas.
- Litotricias vesicales, ureterales, percutáneas y pielocaliciales.
- Laparoscopías diagnósticas y terapéuticas: colecistectomías, apendicectomías, hernioplastías, nefrectomías, prostatectomías, histerectomías, cirugías para endometriosis, resección de quistes renales o hepáticos, entre otras.
- Procedimientos toracoscópicos diagnósticos y de corrección de malformaciones congénitas.





**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

PRECISIÓN NÚMERO 2: ANEXO T1" Requerimientos de SMI para PMI-----

DICE: -----

ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026					
Procedimientos					
No.	Partida	Paquete	Unidad	Clave	Procedimiento
1	1	1	H.G.R. No. 196	10.04.001	Cistoscopia adulto.
2	1	1	H.G.R. No. 196	10.04.011	Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC.
3	1	1	H.G.R. No. 196	10.04.015	Uretrotomía interna adulto.
4	1	1	H.G.R. No. 196	10.04.018	Litotricia ureteral rígida adulto.
5	1	1	H.G.R. No. 196	10.04.021	Cistoscopia para retiro de catéter Doble J
6	1	1	H.G.R. No. 196	10.06.004	Cirugía de hiato esofágico adulto.
7	1	1	H.G.R. No. 196	10.06.010	Colecistectomía laparoscópica adulto.
8	2	2	H.G.R. No. 196	10.22.002	Colonoscopia con toma de biopsia adulto.
9	2	2	H.G.R. No. 196	10.22.006	Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.
10	2	2	H.G.R. No. 196	10.23.001	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto.
11	2	2	H.G.R. No. 196	10.23.002	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto.
12	2	2	H.G.R. No. 196	10.23.007	Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar.
13	2	2	H.G.R. No. 196	10.23.008	Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
14	2	2	H.G.R. No. 196	10.23.024	Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica adulto.
15	1	1	H.G.R. No. 200	10.04.001	Cistoscopia adulto.
16	1	1	H.G.R. No. 200	10.04.011	Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC.
17	1	1	H.G.R. No. 200	10.04.015	Uretrotomía interna adulto.
18	1	1	H.G.R. No. 200	10.04.018	Litotricia ureteral rígida adulto.
19	1	1	H.G.R. No. 200	10.04.021	Cistoscopia para retiro de catéter Doble J
20	1	1	H.G.R. No. 200	10.06.002	Apendicectomía laparoscópica adulto.
21	1	1	H.G.R. No. 200	10.06.004	Cirugía de hiato esofágico adulto.



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026					
Procedimientos					
No.	Partida	Paquete	Unidad	Clave	Procedimiento
22	1	1	H.G.R. No. 200	10.06.010	Colecistectomía laparoscópica adulto.
23	1	1	H.G.R. No. 200	10.06.026	Laparoscopia diagnóstica adulto.
24	1	1	H.G.R. No. 200	10.06.035	Nefrectomía adulto.
25	1	1	H.G.R. No. 200	10.06.044	Plastia inguinal por laparoscopia con prótesis.
26	1	1	H.G.R. No. 200	10.06.102	Apendicectomía laparoscópica pediátrica.
27	2	2	H.G.R. No. 200	10.22.002	Colonoscopia con toma de biopsia adulto.
28	2	2	H.G.R. No. 200	10.22.006	Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.
29	2	2	H.G.R. No. 200	10.23.001	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto.
30	2	2	H.G.R. No. 200	10.23.002	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto.
31	2	2	H.G.R. No. 200	10.23.003	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales gastrointestinales adulto.
32	2	2	H.G.R. No. 200	10.23.004	Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado adulto.
33	2	2	H.G.R. No. 200	10.23.008	Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
34	2	2	H.G.R. No. 200	10.23.010	Colangiografía con esfinterotomía biliar y litotricia mecánica para coledocolitiasis compleja.
35	2	2	H.G.R. No. 200	10.23.015	Gastrostomía endoscópica adulto.
36	2	2	H.G.R. No. 200	10.23.022	Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
37	2	2	H.G.R. No. 200	10.23.024	Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica adulto.
38	3	3	H.G.R. No. 200	10.01.023	Inestabilidad sindesmal.
39	1	1	H.G.R. No. 72	10.04.001	Cistoscopia adulto.
40	1	1	H.G.R. No. 72	10.04.011	Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC.
41	1	1	H.G.R. No. 72	10.04.015	Uretrotomía interna adulto.
42	1	1	H.G.R. No. 72	10.04.018	Litotricia ureteral rígida adulto.
43	1	1	H.G.R. No. 72	10.04.019	Litotricia vesical adulto.
44	1	1	H.G.R. No. 72	10.04.021	Cistoscopia para retiro de catéter Doble J
45	1	1	H.G.R. No. 72	10.06.002	Apendicectomía laparoscópica adulto.



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026					
Procedimientos					
No.	Partida	Paquete	Unidad	Clave	Procedimiento
46	1	1	H.G.R. No. 72	10.06.004	Cirugía de hiato esofágico adulto.
47	1	1	H.G.R. No. 72	10.06.010	Colecistectomía laparoscópica adulto.
48	1	1	H.G.R. No. 72	10.06.024	Laparoscopia con toma de biopsia adulto.
49	1	1	H.G.R. No. 72	10.06.026	Laparoscopia diagnóstica adulto.
50	1	1	H.G.R. No. 72	10.06.035	Nefrectomía adulto.
51	1	1	H.G.R. No. 72	10.06.050	Resección de quiste renal laparoscópico adulto.
52	1	1	H.G.R. No. 72	10.06.102	Apendicectomía laparoscópica pediátrica.
53	1	1	H.G.R. No. 72	10.06.104	Cirugía de hiato esofágico pediátrica.
54	1	1	H.G.R. No. 72	10.06.110	Colecistectomía laparoscópica pediátrica.
55	1	1	H.G.R. No. 72	10.06.126	Laparoscopia diagnóstica pediátrica.
56	2	2	H.G.R. No. 72	10.22.002	Colonoscopia con toma de biopsia adulto.
57	2	2	H.G.R. No. 72	10.22.006	Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.
58	2	2	H.G.R. No. 72	10.23.001	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto.
59	2	2	H.G.R. No. 72	10.23.002	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto.
60	2	2	H.G.R. No. 72	10.23.004	Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado adulto.
61	2	2	H.G.R. No. 72	10.23.013	Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
62	2	2	H.G.R. No. 72	10.23.015	Gastrostomía endoscópica adulto.
63	2	2	H.G.R. No. 72	10.23.104	Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática con toma de biopsia y cepillado pediátrica.
64	5	5	H.G.R. No. 72	10.22.008	Colonoscopia diagnostica.
65	1	1	H.G.Z. No. 197	10.04.001	Cistoscopia adulto.
66	1	1	H.G.Z. No. 197	10.04.011	Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC.
67	1	1	H.G.Z. No. 197	10.04.015	Uretrotomía interna adulto.
68	1	1	H.G.Z. No. 197	10.04.018	Litotricia ureteral rígida adulto.
69	1	1	H.G.Z. No. 197	10.04.019	Litotricia vesical adulto.



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026					
Procedimientos					
No.	Partida	Paquete	Unidad	Clave	Procedimiento
70	1	1	H.G.Z. No. 197	10.04.021	Cistoscopia para retiro de catéter Doble J
71	1	1	H.G.Z. No. 197	10.06.002	Apendicectomía laparoscópica adulto.
72	1	1	H.G.Z. No. 197	10.06.004	Cirugía de hiato esofágico adulto.
73	1	1	H.G.Z. No. 197	10.06.010	Colecistectomía laparoscópica adulto.
74	1	1	H.G.Z. No. 197	10.06.011	Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto.
75	1	1	H.G.Z. No. 197	10.06.026	Laparoscopia diagnóstica adulto.
76	1	1	H.G.Z. No. 197	10.06.035	Nefrectomía adulto.
77	1	1	H.G.Z. No. 197	10.06.044	Plastia inguinal por laparoscopia con prótesis.
78	1	1	H.G.Z. No. 197	10.06.050	Resección de quiste renal laparoscópico adulto.
79	2	2	H.G.Z. No. 197	10.21.002	Broncoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.
80	2	2	H.G.Z. No. 197	10.22.002	Colonoscopia con toma de biopsia adulto.
81	2	2	H.G.Z. No. 197	10.22.006	Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.
82	2	2	H.G.Z. No. 197	10.23.001	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto.
83	2	2	H.G.Z. No. 197	10.23.002	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto.
84	2	2	H.G.Z. No. 197	10.23.003	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales gastrointestinales adulto.
85	2	2	H.G.Z. No. 197	10.23.004	Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado adulto.
86	2	2	H.G.Z. No. 197	10.23.008	Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
87	2	2	H.G.Z. No. 197	10.23.010	Colangiografía con esfinterotomía biliar y litotricia mecánica para coledocolitiasis compleja.
88	2	2	H.G.Z. No. 197	10.23.013	Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
89	2	2	H.G.Z. No. 197	10.23.015	Gastrostomía endoscópica adulto.
90	2	2	H.G.Z. No. 197	10.23.022	Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
91	2	2	H.G.Z. No. 197	10.23.024	Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica adulto.
92	2	2	H.G.Z. No. 197	10.23.025	Drenaje endoscópico de pseudoquiste pancreático.
93	1	1	H.G.Z. No. 53	10.04.001	Cistoscopia adulto.



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026					
Procedimientos					
No.	Partida	Paquete	Unidad	Clave	Procedimiento
94	1	1	H.G.Z. No. 53	10.04.011	Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC.
95	1	1	H.G.Z. No. 53	10.04.015	Uretrotomía interna adulto.
96	1	1	H.G.Z. No. 53	10.04.018	Litotricia ureteral rígida adulto.
97	1	1	H.G.Z. No. 53	10.04.019	Litotricia vesical adulto.
98	1	1	H.G.Z. No. 53	10.04.020	Litotricia ureteral flexible adulto (láser).
99	1	1	H.G.Z. No. 53	10.04.021	Cistoscopia para retiro de catéter Doble J
100	1	1	H.G.Z. No. 53	10.06.002	Apendicectomía laparoscópica adulto.
101	1	1	H.G.Z. No. 53	10.06.004	Cirugía de hiato esofágico adulto.
102	1	1	H.G.Z. No. 53	10.06.010	Colecistectomía laparoscópica adulto.
103	1	1	H.G.Z. No. 53	10.06.011	Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto.
104	1	1	H.G.Z. No. 53	10.06.024	Laparoscopia con toma de biopsia adulto.
105	1	1	H.G.Z. No. 53	10.06.026	Laparoscopia diagnóstica adulto.
106	2	2	H.G.Z. No. 53	10.22.002	Colonoscopia con toma de biopsia adulto.
107	2	2	H.G.Z. No. 53	10.22.006	Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.
108	2	2	H.G.Z. No. 53	10.22.102	Colonoscopia con toma de biopsia pediátrica.
109	2	2	H.G.Z. No. 53	10.22.106	Panendoscopia con toma de biopsia y/o cepillado pediátrica.
110	2	2	H.G.Z. No. 53	10.23.001	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto.
111	2	2	H.G.Z. No. 53	10.23.002	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto.
112	2	2	H.G.Z. No. 53	10.23.022	Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
113	3	3	H.G.Z. No. 53	10.01.004	Artroscopia de hombro.
114	3	3	H.G.Z. No. 53	10.01.010	Artroscopia de rodilla.
115	1	1	H.G.Z. No. 57	10.04.001	Cistoscopia adulto.
116	1	1	H.G.Z. No. 57	10.04.011	Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC.
117	1	1	H.G.Z. No. 57	10.04.015	Uretrotomía interna adulto.
118	1	1	H.G.Z. No. 57	10.04.018	Litotricia ureteral rígida adulto.
119	1	1	H.G.Z. No. 57	10.04.021	Cistoscopia para retiro de catéter Doble J



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026					
Procedimientos					
No.	Partida	Paquete	Unidad	Clave	Procedimiento
120	1	1	H.G.Z. No. 57	10.06.002	Apendicectomía laparoscópica adulto.
121	1	1	H.G.Z. No. 57	10.06.004	Cirugía de hiato esofágico adulto.
122	1	1	H.G.Z. No. 57	10.06.010	Colecistectomía laparoscópica adulto.
123	1	1	H.G.Z. No. 57	10.06.026	Laparoscopia diagnóstica adulto.
124	2	2	H.G.Z. No. 57	10.22.002	Colonoscopia con toma de biopsia adulto.
125	2	2	H.G.Z. No. 57	10.22.006	Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.
126	2	2	H.G.Z. No. 57	10.23.001	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto.
127	2	2	H.G.Z. No. 57	10.23.008	Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
128	2	2	H.G.Z. No. 57	10.23.015	Gastrostomía endoscópica adulto.
129	2	2	H.G.Z. No. 57	10.23.022	Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
130	3	3	H.G.Z. No. 57	10.01.004	Artroscopia de hombro.
131	3	3	H.G.Z. No. 57	10.01.010	Artroscopia de rodilla.
132	3	3	H.G.Z. No. 57	10.01.010	Artroscopia de rodilla.
133	5	5	H.G.Z. No. 57	10.22.008	Colonoscopia diagnostica.
134	1	1	H.G.Z. No. 68	10.04.001	Cistoscopia adulto.
135	1	1	H.G.Z. No. 68	10.04.011	Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC.
136	1	1	H.G.Z. No. 68	10.04.015	Uretrotomía interna adulto.
137	1	1	H.G.Z. No. 68	10.04.016	Litotricia percutánea.
138	1	1	H.G.Z. No. 68	10.04.018	Litotricia ureteral rígida adulto.
139	1	1	H.G.Z. No. 68	10.04.019	Litotricia vesical adulto.
140	1	1	H.G.Z. No. 68	10.04.021	Cistoscopia para retiro de catéter Doble J
141	1	1	H.G.Z. No. 68	10.06.002	Apendicectomía laparoscópica adulto.
142	1	1	H.G.Z. No. 68	10.06.004	Cirugía de hiato esofágico adulto.
143	1	1	H.G.Z. No. 68	10.06.010	Colecistectomía laparoscópica adulto.
144	1	1	H.G.Z. No. 68	10.06.011	Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto.
145	1	1	H.G.Z. No. 68	10.06.035	Nefrectomía adulto.
146	1	1	H.G.Z. No. 68	10.06.110	Colecistectomía laparoscópica pediátrica.



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026					
Procedimientos					
No.	Partida	Paquete	Unidad	Clave	Procedimiento
147	1	1	H.G.Z. No. 68	10.06.126	Laparoscopia diagnóstica pediátrica.
148	1	1	H.G.Z. No. 71	10.04.001	Cistoscopia adulto.
149	1	1	H.G.Z. No. 71	10.04.011	Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC.
150	1	1	H.G.Z. No. 71	10.04.015	Uretrotomía interna adulto.
151	1	1	H.G.Z. No. 71	10.04.019	Litotricia vesical adulto.
152	1	1	H.G.Z. No. 71	10.04.020	Litotricia ureteral flexible adulto (láser).
153	1	1	H.G.Z. No. 71	10.04.021	Cistoscopia para retiro de catéter Doble J
154	1	1	H.G.Z. No. 71	10.06.002	Apendicectomía laparoscópica adulto.
155	1	1	H.G.Z. No. 71	10.06.004	Cirugía de hiato esofágico adulto.
156	1	1	H.G.Z. No. 71	10.06.006	Cirugía de quiste hepático adulto.
157	1	1	H.G.Z. No. 71	10.06.010	Colecistectomía laparoscópica adulto.
158	1	1	H.G.Z. No. 71	10.06.011	Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto.
159	1	1	H.G.Z. No. 71	10.06.024	Laparoscopia con toma de biopsia adulto.
160	1	1	H.G.Z. No. 71	10.06.026	Laparoscopia diagnóstica adulto.
161	1	1	H.G.Z. No. 71	10.06.028	Laparoscopia para embarazo ectópico.
162	1	1	H.G.Z. No. 71	10.06.035	Nefrectomía adulto.
163	1	1	H.G.Z. No. 71	10.06.039	Pieloureterolitotomía por laparoscopia adulto.
164	1	1	H.G.Z. No. 71	10.06.050	Resección de quiste renal laparoscópico adulto.
165	3	3	H.G.Z. No. 71	10.01.010	Artroscopia de rodilla.
166	3	3	H.G.Z. No. 71	10.01.024	Plastia de menisco
167	1	1	H.G.Z. No. 98	10.04.001	Cistoscopia adulto.
168	1	1	H.G.Z. No. 98	10.04.011	Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC.
169	1	1	H.G.Z. No. 98	10.04.015	Uretrotomía interna adulto.
170	1	1	H.G.Z. No. 98	10.04.018	Litotricia ureteral rígida adulto.
171	1	1	H.G.Z. No. 98	10.04.021	Cistoscopia para retiro de catéter Doble J
172	1	1	H.G.Z. No. 98	10.06.004	Cirugía de hiato esofágico adulto.
173	1	1	H.G.Z. No. 98	10.06.010	Colecistectomía laparoscópica adulto.



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026					
Procedimientos					
No.	Partida	Paquete	Unidad	Clave	Procedimiento
174	1	1	H.G.Z. No. 98	10.06.050	Resección de quiste renal laparoscópico adulto.
175	1	1	H.G.Z.M.F. No. 76	10.04.001	Cistoscopia adulto.
176	1	1	H.G.Z.M.F. No. 76	10.04.011	Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC.
177	1	1	H.G.Z.M.F. No. 76	10.04.015	Uretrotomía interna adulto.
178	1	1	H.G.Z.M.F. No. 76	10.04.018	Litotricia ureteral rígida adulto.
179	1	1	H.G.Z.M.F. No. 76	10.04.021	Cistoscopia para retiro de catéter Doble J
180	1	1	H.G.Z.M.F. No. 76	10.06.002	Apendicectomía laparoscópica adulto.
181	1	1	H.G.Z.M.F. No. 76	10.06.004	Cirugía de hiato esofágico adulto.
182	1	1	H.G.Z.M.F. No. 76	10.06.010	Colecistectomía laparoscópica adulto.
183	1	1	H.G.Z.M.F. No. 76	10.06.039	Pieloureterolitotomía por laparoscopia adulto.
184	2	2	H.G.Z.M.F. No. 76	10.22.002	Colonoscopia con toma de biopsia adulto.
185	2	2	H.G.Z.M.F. No. 76	10.22.006	Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.
186	2	2	H.G.Z.M.F. No. 76	10.23.002	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto.
187	2	2	H.G.Z.M.F. No. 76	10.23.003	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales gastrointestinales adulto.
188	2	2	H.G.Z.M.F. No. 76	10.23.004	Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado adulto.
189	2	2	H.G.Z.M.F. No. 76	10.23.008	Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
190	2	2	H.G.Z.M.F. No. 76	10.23.013	Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
191	2	2	H.G.Z.M.F. No. 76	10.23.024	Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica adulto.
192	3	3	H.G.Z.M.F. No. 76	10.01.004	Artroscopia de hombro.
193	3	3	H.G.Z.M.F. No. 76	10.01.010	Artroscopia de rodilla.
194	3	3	H.G.Z.M.F. No. 76	10.01.011	Plastia de lesión pequeña/mediana de mango rotador.
195	3	3	H.G.Z.M.F. No. 76	10.01.016	Reinserción de espinas tibiales.
196	3	3	H.G.Z.M.F. No. 76	10.01.019	Plastia de lesión acromioclavicular.
197	3	3	H.G.Z.M.F. No. 76	10.01.023	Inestabilidad sindesmal.
198	3	3	H.G.Z.M.F. No. 76	10.01.024	Plastia de menisco



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026					
Procedimientos					
No.	Partida	Paquete	Unidad	Clave	Procedimiento
199	5	5	H.G.Z.M.F. No. 76	10.22.008	Colonoscopia diagnostica.
200	2	2	U.M.A.A. No. 199	10.22.002	Colonoscopia con toma de biopsia adulto.
201	2	2	U.M.A.A. No. 199	10.22.006	Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.
202	2	2	U.M.A.A. No. 199	10.23.008	Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
203	2	2	U.M.A.A. No. 199	10.23.013	Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
204	2	2	U.M.A.A. No. 199	10.23.015	Gastrostomía endoscópica adulto.
205	3	3	U.M.A.A. No. 199	10.01.010	Artroscopia de rodilla.

DEBE DECIR:

ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026					
Procedimientos					
No.	Partida	Paquete	Unidad	Clave	Procedimiento
1	1	1	H.G.R. No. 196	10.04.001	Cistoscopia adulto.
2	1	1	H.G.R. No. 196	10.04.015	Uretrotomía interna adulto.
3	1	1	H.G.R. No. 196	10.04.018	Litotricia ureteral rígida adulto.
4	1	1	H.G.R. No. 196	10.04.021	Cistoscopia para retiro de catéter Doble J
5	1	1	H.G.R. No. 196	10.06.004	Cirugía de hiato esofágico adulto.
6	1	1	H.G.R. No. 196	10.06.010	Colecistectomía laparoscópica adulto.
7	2	2	H.G.R. No. 196	10.22.002	Colonoscopia con toma de biopsia adulto.
8	2	2	H.G.R. No. 196	10.22.006	Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.
9	2	2	H.G.R. No. 196	10.23.001	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto.
10	2	2	H.G.R. No. 196	10.23.002	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto.
11	2	2	H.G.R. No. 196	10.23.007	Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar.
12	2	2	H.G.R. No. 196	10.23.008	Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.





**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026					
Procedimientos					
No.	Partida	Paquete	Unidad	Clave	Procedimiento
13	2	2	H.G.R. No. 196	10.23.024	Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica adulto.
14	1	1	H.G.R. No. 200	10.04.001	Cistoscopia adulto.
15	1	1	H.G.R. No. 200	10.04.015	Uretrotomía interna adulto.
16	1	1	H.G.R. No. 200	10.04.018	Litotricia ureteral rígida adulto.
17	1	1	H.G.R. No. 200	10.04.021	Cistoscopia para retiro de catéter Doble J
18	1	1	H.G.R. No. 200	10.06.002	Apendicectomía laparoscópica adulto.
19	1	1	H.G.R. No. 200	10.06.004	Cirugía de hiato esofágico adulto.
20	1	1	H.G.R. No. 200	10.06.010	Colecistectomía laparoscópica adulto.
21	1	1	H.G.R. No. 200	10.06.026	Laparoscopia diagnóstica adulto.
22	1	1	H.G.R. No. 200	10.06.035	Nefrectomía adulto.
23	1	1	H.G.R. No. 200	10.06.044	Plastía inguinal por laparoscopia con prótesis.
24	1	1	H.G.R. No. 200	10.06.102	Apendicectomía laparoscópica pediátrica.
25	2	2	H.G.R. No. 200	10.22.002	Colonoscopia con toma de biopsia adulto.
26	2	2	H.G.R. No. 200	10.22.006	Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.
27	2	2	H.G.R. No. 200	10.23.001	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto.
28	2	2	H.G.R. No. 200	10.23.002	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto.
29	2	2	H.G.R. No. 200	10.23.003	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales gastrointestinales adulto.
30	2	2	H.G.R. No. 200	10.23.004	Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado adulto.
31	2	2	H.G.R. No. 200	10.23.008	Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
32	2	2	H.G.R. No. 200	10.23.010	Colangiografía con esfinterotomía biliar y litotricia mecánica para coledocolitiasis compleja.
33	2	2	H.G.R. No. 200	10.23.015	Gastrostomía endoscópica adulto.



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026					
Procedimientos					
No.	Partida	Paquete	Unidad	Clave	Procedimiento
34	2	2	H.G.R. No. 200	10.23.022	Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
35	2	2	H.G.R. No. 200	10.23.024	Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica adulto.
36	3	3	H.G.R. No. 200	10.01.023	Inestabilidad sindesmal.
37	1	1	H.G.R. No. 72	10.04.001	Cistoscopia adulto.
38	1	1	H.G.R. No. 72	10.04.015	Uretrotomía interna adulto.
39	1	1	H.G.R. No. 72	10.04.018	Litotricia ureteral rígida adulto.
40	1	1	H.G.R. No. 72	10.04.019	Litotricia vesical adulto.
41	1	1	H.G.R. No. 72	10.04.021	Cistoscopia para retiro de catéter Doble J
42	1	1	H.G.R. No. 72	10.06.002	Apendicectomía laparoscópica adulto.
43	1	1	H.G.R. No. 72	10.06.004	Cirugía de hiato esofágico adulto.
44	1	1	H.G.R. No. 72	10.06.010	Colecistectomía laparoscópica adulto.
45	1	1	H.G.R. No. 72	10.06.024	Laparoscopia con toma de biopsia adulto.
46	1	1	H.G.R. No. 72	10.06.026	Laparoscopia diagnóstica adulto.
47	1	1	H.G.R. No. 72	10.06.035	Nefrectomía adulto.
48	1	1	H.G.R. No. 72	10.06.050	Resección de quiste renal laparoscópico adulto.
49	1	1	H.G.R. No. 72	10.06.102	Apendicectomía laparoscópica pediátrica.
50	1	1	H.G.R. No. 72	10.06.104	Cirugía de hiato esofágico pediátrica.
51	1	1	H.G.R. No. 72	10.06.110	Colecistectomía laparoscópica pediátrica.
52	1	1	H.G.R. No. 72	10.06.126	Laparoscopia diagnóstica pediátrica.
53	2	2	H.G.R. No. 72	10.22.002	Colonoscopia con toma de biopsia adulto.
54	2	2	H.G.R. No. 72	10.22.006	Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.
55	2	2	H.G.R. No. 72	10.23.001	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto.
56	2	2	H.G.R. No. 72	10.23.002	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto.



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026					
Procedimientos					
No.	Partida	Paquete	Unidad	Clave	Procedimiento
57	2	2	H.G.R. No. 72	10.23.004	Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado adulto.
58	2	2	H.G.R. No. 72	10.23.013	Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
59	2	2	H.G.R. No. 72	10.23.015	Gastrostomía endoscópica adulto.
60	2	2	H.G.R. No. 72	10.23.104	Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática con toma de biopsia y cepillado pediátrica.
61	5	5	H.G.R. No. 72	10.22.008	Colonoscopia diagnostica.
62	1	1	H.G.Z. No. 197	10.04.001	Cistoscopia adulto.
63	1	1	H.G.Z. No. 197	10.04.015	Uretrotomía interna adulto.
64	1	1	H.G.Z. No. 197	10.04.018	Litotricia ureteral rígida adulto.
65	1	1	H.G.Z. No. 197	10.04.019	Litotricia vesical adulto.
66	1	1	H.G.Z. No. 197	10.04.021	Cistoscopia para retiro de catéter Doble J
67	1	1	H.G.Z. No. 197	10.06.002	Apendicectomía laparoscópica adulto.
68	1	1	H.G.Z. No. 197	10.06.004	Cirugía de hiato esofágico adulto.
69	1	1	H.G.Z. No. 197	10.06.010	Colecistectomía laparoscópica adulto.
70	1	1	H.G.Z. No. 197	10.06.011	Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto.
71	1	1	H.G.Z. No. 197	10.06.026	Laparoscopia diagnóstica adulto.
72	1	1	H.G.Z. No. 197	10.06.035	Nefrectomía adulto.
73	1	1	H.G.Z. No. 197	10.06.044	Plastia inguinal por laparoscopia con prótesis.
74	1	1	H.G.Z. No. 197	10.06.050	Resección de quiste renal laparoscópico adulto.
75	2	2	H.G.Z. No. 197	10.21.002	Broncoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.
76	2	2	H.G.Z. No. 197	10.22.002	Colonoscopia con toma de biopsia adulto.
77	2	2	H.G.Z. No. 197	10.22.006	Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026					
Procedimientos					
No.	Partida	Paquete	Unidad	Clave	Procedimiento
78	2	2	H.G.Z. No. 197	10.23.001	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto.
79	2	2	H.G.Z. No. 197	10.23.002	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto.
80	2	2	H.G.Z. No. 197	10.23.003	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales gastrointestinales adulto.
81	2	2	H.G.Z. No. 197	10.23.004	Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado adulto.
82	2	2	H.G.Z. No. 197	10.23.008	Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
83	2	2	H.G.Z. No. 197	10.23.010	Colangiografía con esfinterotomía biliar y litotricia mecánica para coledocolitiasis compleja.
84	2	2	H.G.Z. No. 197	10.23.013	Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
85	2	2	H.G.Z. No. 197	10.23.015	Gastrostomía endoscópica adulto.
86	2	2	H.G.Z. No. 197	10.23.022	Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
87	2	2	H.G.Z. No. 197	10.23.024	Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica adulto.
88	2	2	H.G.Z. No. 197	10.23.025	Drenaje endoscópico de pseudoquiste pancreático.
89	1	1	H.G.Z. No. 53	10.04.001	Cistoscopia adulto.
90	1	1	H.G.Z. No. 53	10.04.015	Uretrotomía interna adulto.
91	1	1	H.G.Z. No. 53	10.04.018	Litotricia ureteral rígida adulto.
92	1	1	H.G.Z. No. 53	10.04.019	Litotricia vesical adulto.
93	1	1	H.G.Z. No. 53	10.04.020	Litotricia ureteral flexible adulto (láser).
94	1	1	H.G.Z. No. 53	10.04.021	Cistoscopia para retiro de catéter Doble J
95	1	1	H.G.Z. No. 53	10.06.002	Apendicectomía laparoscópica adulto.
96	1	1	H.G.Z. No. 53	10.06.004	Cirugía de hiato esofágico adulto.
97	1	1	H.G.Z. No. 53	10.06.010	Colecistectomía laparoscópica adulto.



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026					
Procedimientos					
No.	Partida	Paquete	Unidad	Clave	Procedimiento
98	1	1	H.G.Z. No. 53	10.06.011	Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto.
99	1	1	H.G.Z. No. 53	10.06.024	Laparoscopia con toma de biopsia adulto.
100	1	1	H.G.Z. No. 53	10.06.026	Laparoscopia diagnóstica adulto.
101	2	2	H.G.Z. No. 53	10.22.002	Colonoscopia con toma de biopsia adulto.
102	2	2	H.G.Z. No. 53	10.22.006	Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.
103	2	2	H.G.Z. No. 53	10.22.102	Colonoscopia con toma de biopsia pediátrica.
104	2	2	H.G.Z. No. 53	10.22.106	Panendoscopia con toma de biopsia y/o cepillado pediátrica.
105	2	2	H.G.Z. No. 53	10.23.001	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto.
106	2	2	H.G.Z. No. 53	10.23.002	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto.
107	2	2	H.G.Z. No. 53	10.23.022	Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
108	3	3	H.G.Z. No. 53	10.01.004	Artroscopia de hombro.
109	3	3	H.G.Z. No. 53	10.01.010	Artroscopia de rodilla.
110	1	1	H.G.Z. No. 57	10.04.001	Cistoscopia adulto.
111	1	1	H.G.Z. No. 57	10.04.015	Uretrotomía interna adulto.
112	1	1	H.G.Z. No. 57	10.04.018	Litotricia ureteral rígida adulto.
113	1	1	H.G.Z. No. 57	10.04.021	Cistoscopia para retiro de catéter Doble J
114	1	1	H.G.Z. No. 57	10.06.002	Apendicectomía laparoscópica adulto.
115	1	1	H.G.Z. No. 57	10.06.004	Cirugía de hiato esofágico adulto.
116	1	1	H.G.Z. No. 57	10.06.010	Colecistectomía laparoscópica adulto.
117	1	1	H.G.Z. No. 57	10.06.026	Laparoscopia diagnóstica adulto.
118	2	2	H.G.Z. No. 57	10.22.002	Colonoscopia con toma de biopsia adulto.
119	2	2	H.G.Z. No. 57	10.22.006	Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.
120	2	2	H.G.Z. No. 57	10.23.001	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto.





**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026					
Procedimientos					
No.	Partida	Paquete	Unidad	Clave	Procedimiento
121	2	2	H.G.Z. No. 57	10.23.008	Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
122	2	2	H.G.Z. No. 57	10.23.015	Gastrostomía endoscópica adulto.
123	2	2	H.G.Z. No. 57	10.23.022	Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
124	3	3	H.G.Z. No. 57	10.01.004	Artroscopia de hombro.
125	3	3	H.G.Z. No. 57	10.01.010	Artroscopia de rodilla.
126	3	3	H.G.Z. No. 57	10.01.010	Artroscopia de rodilla.
127	5	5	H.G.Z. No. 57	10.22.008	Colonoscopia diagnostica.
128	1	1	H.G.Z. No. 68	10.04.001	Cistoscopia adulto.
129	1	1	H.G.Z. No. 68	10.04.015	Uretrotomía interna adulto.
130	1	1	H.G.Z. No. 68	10.04.016	Litotricia percutánea.
131	1	1	H.G.Z. No. 68	10.04.018	Litotricia ureteral rígida adulto.
132	1	1	H.G.Z. No. 68	10.04.019	Litotricia vesical adulto.
133	1	1	H.G.Z. No. 68	10.04.021	Cistoscopia para retiro de catéter Doble J
134	1	1	H.G.Z. No. 68	10.06.002	Apendicectomía laparoscópica adulto.
135	1	1	H.G.Z. No. 68	10.06.004	Cirugía de hiato esofágico adulto.
136	1	1	H.G.Z. No. 68	10.06.010	Colecistectomía laparoscópica adulto.
137	1	1	H.G.Z. No. 68	10.06.011	Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto.
138	1	1	H.G.Z. No. 68	10.06.035	Nefrectomía adulto.
139	1	1	H.G.Z. No. 68	10.06.110	Colecistectomía laparoscópica pediátrica.
140	1	1	H.G.Z. No. 68	10.06.126	Laparoscopia diagnóstica pediátrica.
141	1	1	H.G.Z. No. 71	10.04.001	Cistoscopia adulto.
142	1	1	H.G.Z. No. 71	10.04.015	Uretrotomía interna adulto.
143	1	1	H.G.Z. No. 71	10.04.019	Litotricia vesical adulto.
144	1	1	H.G.Z. No. 71	10.04.020	Litotricia ureteral flexible adulto (láser).



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026					
Procedimientos					
No.	Partida	Paquete	Unidad	Clave	Procedimiento
145	1	1	H.G.Z. No. 71	10.04.021	Cistoscopia para retiro de catéter Doble J
146	1	1	H.G.Z. No. 71	10.06.002	Apendicectomía laparoscópica adulto.
147	1	1	H.G.Z. No. 71	10.06.004	Cirugía de hiato esofágico adulto.
148	1	1	H.G.Z. No. 71	10.06.006	Cirugía de quiste hepático adulto.
149	1	1	H.G.Z. No. 71	10.06.010	Colecistectomía laparoscópica adulto.
150	1	1	H.G.Z. No. 71	10.06.011	Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto.
151	1	1	H.G.Z. No. 71	10.06.024	Laparoscopia con toma de biopsia adulto.
152	1	1	H.G.Z. No. 71	10.06.026	Laparoscopia diagnóstica adulto.
153	1	1	H.G.Z. No. 71	10.06.028	Laparoscopia para embarazo ectópico.
154	1	1	H.G.Z. No. 71	10.06.035	Nefrectomía adulto.
155	1	1	H.G.Z. No. 71	10.06.039	Pieloureterolitotomía por laparoscopia adulto.
156	1	1	H.G.Z. No. 71	10.06.050	Resección de quiste renal laparoscópico adulto.
157	3	3	H.G.Z. No. 71	10.01.010	Artroscopia de rodilla.
158	3	3	H.G.Z. No. 71	10.01.024	Plastia de menisco
159	1	1	H.G.Z. No. 98	10.04.001	Cistoscopia adulto.
160	1	1	H.G.Z. No. 98	10.04.015	Uretrotomía interna adulto.
161	1	1	H.G.Z. No. 98	10.04.018	Litotricia ureteral rígida adulto.
162	1	1	H.G.Z. No. 98	10.04.021	Cistoscopia para retiro de catéter Doble J
163	1	1	H.G.Z. No. 98	10.06.004	Cirugía de hiato esofágico adulto.
164	1	1	H.G.Z. No. 98	10.06.010	Colecistectomía laparoscópica adulto.
165	1	1	H.G.Z. No. 98	10.06.050	Resección de quiste renal laparoscópico adulto.
166	1	1	H.G.Z.M.F. No. 76	10.04.001	Cistoscopia adulto.
167	1	1	H.G.Z.M.F. No. 76	10.04.015	Uretrotomía interna adulto.
168	1	1	H.G.Z.M.F. No. 76	10.04.018	Litotricia ureteral rígida adulto.



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026					
Procedimientos					
No.	Partida	Paquete	Unidad	Clave	Procedimiento
169	1	1	H.G.Z.M.F. No. 76	10.04.021	Cistoscopia para retiro de catéter Doble J
170	1	1	H.G.Z.M.F. No. 76	10.06.002	Apendicectomía laparoscópica adulto.
171	1	1	H.G.Z.M.F. No. 76	10.06.004	Cirugía de hiato esofágico adulto.
172	1	1	H.G.Z.M.F. No. 76	10.06.010	Colecistectomía laparoscópica adulto.
173	1	1	H.G.Z.M.F. No. 76	10.06.039	Pieloureterolitotomía por laparoscopia adulto.
174	2	2	H.G.Z.M.F. No. 76	10.22.002	Colonoscopia con toma de biopsia adulto.
175	2	2	H.G.Z.M.F. No. 76	10.22.006	Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.
176	2	2	H.G.Z.M.F. No. 76	10.23.002	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto.
177	2	2	H.G.Z.M.F. No. 76	10.23.003	Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales gastrointestinales adulto.
178	2	2	H.G.Z.M.F. No. 76	10.23.004	Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado adulto.
179	2	2	H.G.Z.M.F. No. 76	10.23.008	Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
180	2	2	H.G.Z.M.F. No. 76	10.23.013	Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
181	2	2	H.G.Z.M.F. No. 76	10.23.024	Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica adulto.
182	3	3	H.G.Z.M.F. No. 76	10.01.004	Artroscopia de hombro.
183	3	3	H.G.Z.M.F. No. 76	10.01.010	Artroscopia de rodilla.
184	3	3	H.G.Z.M.F. No. 76	10.01.011	Plastia de lesión pequeña/mediana de mango rotador.
185	3	3	H.G.Z.M.F. No. 76	10.01.016	Reinserción de espinas tibiales.
186	3	3	H.G.Z.M.F. No. 76	10.01.019	Plastia de lesión acromioclavicular.
187	3	3	H.G.Z.M.F. No. 76	10.01.023	Inestabilidad sindesmal.
188	3	3	H.G.Z.M.F. No. 76	10.01.024	Plastia de menisco
189	5	5	H.G.Z.M.F. No. 76	10.22.008	Colonoscopia diagnostica.





**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026					
Procedimientos					
No.	Partida	Paquete	Unidad	Clave	Procedimiento
190	2	2	U.M.A.A. No. 199	10.22.002	Colonoscopia con toma de biopsia adulto.
191	2	2	U.M.A.A. No. 199	10.22.006	Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.
192	2	2	U.M.A.A. No. 199	10.23.008	Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
193	2	2	U.M.A.A. No. 199	10.23.013	Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
194	2	2	U.M.A.A. No. 199	10.23.015	Gastrostomía endoscópica adulto.
195	3	3	U.M.A.A. No. 199	10.01.010	Artroscopia de rodilla.
196	2	2	U.M.F /U.M.A.A. No. 180	10.22.002	Colonoscopia con toma de biopsia adulto.
197	2	2	U.M.F /U.M.A.A. No. 180	10.22.006	Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.
198	2	2	U.M.F /U.M.A.A. No. 180	10.23.008	Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
199	2	2	U.M.F /U.M.A.A. No. 180	10.23.013	Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
200	2	2	U.M.F /U.M.A.A. No. 180	10.23.015	Gastrostomía endoscópica adulto.
201	3	3	U.M.F /U.M.A.A. No. 180	10.01.010	Artroscopia de rodilla.
202	2	2	U.M.F /U.M.A.A. No. 198	10.22.002	Colonoscopia con toma de biopsia adulto.
203	2	2	U.M.F /U.M.A.A. No. 198	10.22.006	Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto.
204	2	2	U.M.F /U.M.A.A. No. 198	10.23.008	Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
205	2	2	U.M.F /U.M.A.A. No. 198	10.23.013	Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo adulto.
206	2	2	U.M.F /U.M.A.A. No. 198	10.23.015	Gastrostomía endoscópica adulto.
207	3	3	U.M.F /U.M.A.A. No. 198	10.01.010	Artroscopia de rodilla.



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

CUARTO.- EL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO SE IDENTIFICA EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX, QUE HAY 08 (OCHO) EMPRESAS QUE MOSTRARON INTERÉS EN PARTICIPAR Y 6 (SEIS) EMITIERON SU MANIFIESTO, SIENDO LAS SIGUIENTES: -----

NO.	EMPRESAS CON MANIFIESTO
1	ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV
2	COMERLAT SA DE CV
3	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV
4	INTERMET SA DE CV
5	REPUBLICA MEDICA SA DE CV
6	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR028-N-25-2026

Código del expediente
E-2025-0017050

Número de procedimiento de contratación ①
LA-50-GYR-050GYR028-N-25-2026

Estatus del procedimiento de contratación ①
VICENTE 3A

Código interno del procedimiento
P-2025-00104365

Nombre del procedimiento de contratación
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026

Licitantes que han presentado proposición:
0

Datos Generales

Requerimientos

Solicitudes de aclaración

Proposiciones

Evaluación

Configuración de OSD

Fallo

Datos relevantes del contrato

Bitácora de acciones

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones *
19/12/2025 10:00

Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compras MX *
18/12/2025 10:00

Empresas que han manifestado interés en participar

Q BUSCAR

Exportar listado

Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Regrepuntas
1	ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	15/12/2025 07:31	16/12/2025 14:26			
2	COMERLAT SA DE CV	13/12/2025 09:13	13/12/2025 09:14			
3	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	15/12/2025 09:17	15/12/2025 09:18			
4	INTERMET SA DE CV	15/12/2025 15:09	15/12/2025 15:10			
5	REPUBLICA MEDICA SA DE CV	15/12/2025 11:15	17/12/2025 22:31			
6	STRYKER MEXICO SA DE CV	16/12/2025 11:01				
7	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	16/12/2025 10:01				
8	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	17/12/2025 17:43	17/12/2025 17:45			

<< < 1 > >>

10





**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

QUINTO.- SE IDENTIFICA EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX, **QUE SE ENCUENTRAN PREGUNTAS** A TRAVÉS DE ESTE MEDIO ELECTRÓNICO.-----



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR028-N-25-2026

Código del expediente E-2025-0017050	Número de procedimiento de contratación LA-50-GYR-050GYR028-N-25-2026	Estatus del procedimiento de contratación VICENTE 3A
Código interno del procedimiento P-2025-00104365	Nombre del procedimiento de contratación SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN 2026	
Licitantes que han presentado proposición: 0		

Datos Generales Requerimientos **Solicitudes de aclaración** Proposiciones Evaluación Configuración de OSD Fallo Datos relevantes del contrato Bitácora de acciones

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones *	Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compras MX *
19/12/2025 10:00	18/12/2025 10:00

+ Carga masiva

Listado de Preguntas

Q. BUSCAR

Núm.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Electrónica	Fecha de envío	Respuesta	Acciones
1	ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	LEGAL ADMINISTRATIVA	VI. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES. INCISO J)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO, DEBEREMOS PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SAT, INFONAVIT E IMSS	Si	16/12/2025 15:08		Responder
2	ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T7 REQUERIMIENTOS DE SMI PARA PM	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI CUENTA CON CANTIDADES DE REFERENCIA PARA LOS PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS EN EL ANEXO TÉCNICO, A EFECTO DE PERMITIR UNA ADECUADA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.	Si	16/12/2025 15:08		Responder
3	ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T7 REQUERIMIENTOS DE SMI PARA PM	ANEXO T1 PROCEDIMIENTO 10.22.008 COLONOSCOPIA DIAGNOSTICA, ESTE PROCEDIMIENTO INDICA QUE ES PAQUETE 5 SIN EMBARGO DENTRO DE LAS BASES SOLO HAY 3 PAQUETES Y/O PARTIDAS POR LO QUE ENTENDEMOS QUE ESTE PROCEDIMIENTO ES PAQUETE 2 ¿ES CORRECTO?	Si	16/12/2025 15:08		Responder
4	ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO PROCEDIMIENTO 10.210.004, 10.21.005, 10.22.003, 10.22.009, 10.23.007, 10.23.009, 10.23.020, 10.23.023, 10.21.102, 10.21.104, 10.21.105, 10.23.100, 10.23.102, 10.23.103, 10.23.108, 10.23.109, 10.23.115, 10.23.122, 10.23.124 ESTOS PROCEDIMIENTOS NO SE INCLUYEN EN EL ANEXO T1 PARA LAS UNIDADES DESCRITAS CON PAQUETE 2 POR LO QUE ENTENDEMOS NO SE DEBEN OFERTAR ¿ES CORRECTO?	Si	16/12/2025 15:08		Responder
5	ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO INSUMO 10.23.908 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR INTRODUTOR DE 8.5 FR YA QUE CON ESTE PUEDEN LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO PARA ESTE INSUMO YA QUE ESTE NO TIENE QUE VER CON EL PROCEDIMIENTO YA QUE ES SOLO EL INTRODUTOR PARA COLOCAR LA PROTESIS SOLICITADA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? EN EL ANEXO T4 SE INCLUYEN LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS PAQUETE 2 BAJO LAS SIGUIENTES CLAVES 10.21.901, 10.21.902, 10.21.903, 10.22.902, 10.23.901, 10.23.903, 10.23.905, 10.23.906, 10.23.907, 10.23.908, 10.23.909, 10.23.910, 10.23.911, 10.23.912, 10.23.913, 10.23.914, 10.23.915, 10.23.916, 10.23.917, 10.23.918, 10.23.919, 10.23.920, 10.23.922, 10.23.923 SIN EMBARGO EN EL DESGLOSE DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO POR UNIDAD SE DESCRIBEN INSUMOS EXTRAS A LOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE POR LO QUE SOLICITAMOS NOS INDIQUEN CUALES SON LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO QUE DEBEMOS OFERTAR PARA PAQUETE 2 ¿FAVOR DE ACLARAR?	Si	16/12/2025 15:08		Responder
7	ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO	ANEXO T4 PROCEDIMIENTO 10.23.010 BCB20 SOLICITAN CANASTILLA PARA LITOTRICA Y EXTRACCIÓN DE CÁLCULO 2 A 2.8 MM DE DIAMETRO SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR CANASTILLA PARA LITOTRICA Y EXTRACCIÓN CALCULOS PARA CANAL 3.2 MM ESTO YA QUE EL CANAL SOLICITADO PARA EL VIDEOODODENOSCOPIO EQUIPO UTILIZADO EN ESTE PROCEDIMIENTO ES DE 4.2 MM POR LO QUE ES COMPLETAMENTE COMPATIBLE CON ESTE, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Si	16/12/2025 15:08		Responder
8	ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO	ANEXO T4 PROCEDIMIENTO 10.2.010 BCB27 CATETER CON BALON DE EXTRACCION TRIPLE LUMEN 8.5 A 18 MM SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR CATETER CON BALON DE EXTRACCIÓN TRIPLE LUMEN 9.0 A 18 MM CON MEDIDAS INTERMEDIAS YA QUE CON ESTO NO SE AFECTA EN NADA LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DESTINADO PARA ESTE INSUMO Y ES LA MEDIDA QUE ACTUALMENTE UTILIZAN EN LAS UNIDADES MEDICAS DONDE SE REQUIERE ESTE INSUMO, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Si	16/12/2025 15:08		Responder
9	ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 10.22.902, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR JERINGA DE 5 A 20 CC ESTO SIN AFECTAR USO DEL INSUMO SOLICITADO YA QUE CON ESTA MEDIDA SE PUEDE LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DESTINADOS PARA ESTE INSUMO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Si	16/12/2025 15:08		Responder
10	ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 10.23.930 SOLICITAN CANASTILLA PARA LITOTRICA Y EXTRACCIÓN DE CÁLCULO 2 A 2.8 MM DE DIAMETRO SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR CANASTILLA PARA LITOTRICA Y EXTRACCIÓN CALCULOS PARA CANAL 3.2 MM ESTO YA QUE EL CANAL SOLICITADO PARA EL VIDEOODODENOSCOPIO EQUIPO UTILIZADO EN ESTE PROCEDIMIENTO ES DE 4.2 MM POR LO QUE ES COMPLETAMENTE COMPATIBLE CON ESTE, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Si	16/12/2025 15:08		Responder

70 registro(s) encontrado(s) << < 1 2 3 4 5 > >>





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

11	ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 10.23.932 CATETER CON BALON DE EXTRACCION TRIPLE LUMEN 8.5 A 18 MM SOLICITAMOS DE LA MANERA HAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR CATETER CON BALON DE EXTRACCION TRIPLE LUMEN 9.0 A 18 MM CON MEDIDAS INTERMEDIAS YA QUE CON ESTO NO SE AFECTA EN NADA LA CORRECTA REALIZACION DEL PROCEDIMIENTO DESTINADO PARA ESTE INSUMO Y ES LA MEDIDA QUE ACTUALMENTE UTILIZAN EN LAS UNIDADES MEDICAS DONDE SE REQUIERE ESTE INSUMO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Si	16/12/2025 15:08	Responder
12	ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO FAVOR DE CONFIRMAR QUE PARA EL PAQUETE 2 NO APLICAN LAS CLAVES 10.22.905, 10.22.906, 10.22.912 ¿FAVOR DE CONFIRMAR?	Si	16/12/2025 15:08	Responder
13	ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	EN EL ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO SEÑALAN INSUMOS PAQUETE 2 PARA LAS UNIDADES U.M.A.A NO. 180 Y U.M.A.A. 198 SIN EMBARGO EN ESTE PROCEDIMIENTO NO SE INCLUYEN ESTAS UNIDADES PARA PAQUETE 2 ¿FAVOR DE ACLARAR?	Si	16/12/2025 15:08	Responder
14	ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2 PUNTO 11	ANEXO T2 PUNTO 11 TORRE DE VISUALIZACION ENDOSCOPICA DE ALTA ESPECIALIDAD PARA TUBO DIGESTIVO NUMERAL 11.4.2 INTENSIDAD DE 300 WATTS SEPARADA O INTEGRADA AL PROCESADOR, ENTENDEMOS QUE ESTO APLICA UNICAMENTE A LOS PARTICIPANTES QUE OFERTEN TECNOLOGIA DE XENON YA QUE LAS LAMPARAS DE LED NO TIENEN ESTA CARACTERISTICA ¿ES CORRECTO?	Si	16/12/2025 15:08	Responder
15	ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2 PUNTO 18	ANEXO T2 PUNTO 18 TORRE DE VISUALIZACION ENDOSCOPICA DE ALTA ESPECIALIDAD PARA TUBO DIGESTIVO NUMERAL 18.4.2 INTENSIDAD DE 300 WATTS SEPARADA O INTEGRADA AL PROCESADOR, ENTENDEMOS QUE ESTO APLICA UNICAMENTE A LOS PARTICIPANTES QUE OFERTEN TECNOLOGIA DE XENON YA QUE LAS LAMPARAS DE LED NO TIENEN ESTA CARACTERISTICA ¿ES CORRECTO?	Si	16/12/2025 15:08	Responder
16	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PDF	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL DOCUMENTO DE ANEXO TÉCNICO, EN FORMATO WORD PARA UN MEJOR MANEJO DE LA INFORMACIÓN ¿SE ACEPTA?	Si	17/12/2025 16:44	Responder
17	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 2. A) EXPERIENCIA DEL LICITANTE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE INCISO NOS PERMITA PRESENTAR LOS MISMOS CONTRATOS DEL INCISO B) ESPECIALIDAD DEL LICITANTE CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	Si	17/12/2025 16:44	Responder
18	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO 2026 ANEXO TÉCNICO	EL ARCHIVO DE WORD ANEXO TÉCNICO 2026 SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO NO CORRESPONDE AL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE MINIMA INVASION PARA EL EJERCICIO 2026. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL ARCHIVO CORRECTO EN FORMATO WORD Y SE CONTEMPLE EL TIEMPO PARA SU ANALISIS Y PRESENTACION DE PROPUESTA.	Si	17/12/2025 16:44	Responder
19	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES AL PAGO DICE: CONCEPTO: INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS MEDICOS, INSTRUMENTAL MEDICO, UNIDAD DE MEDIDA; CUANDO EXCEDA LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A PARTIR DEL ACTO DE FALLO ¿DEBEMOS ENTENDER QUE EL PLAZO DE CUMPLIMIENTO PARA LA ENTREGA, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS MEDICOS SERA HASTA EL DIA 14 NATURAL POSTERIOR AL FALLO?	Si	17/12/2025 16:44	Responder
20	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES AL PAGO DICE: CONCEPTO: INCUMPLIMIENTO DE LA PRIMERA DOTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS, UNIDAD DE MEDIDA, CUANDO EXCEDA LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES A PARTIR DEL ACTO DE FALLO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ADJUSTE EL RUBRO DE UNIDAD DE MEDIDA DE IGUAL FORMA QUE EN EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO QUEDANDO COMO: UNIDAD DE MEDIDA; CUANDO EXCEDA LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A PARTIR DEL ACTO DE FALLO; DE MANERA QUE PERMITA UN ARRIANQUE HOMOLOGADO SIN RETRABAJO PARA AMBAS PARTES. ¿SE ACEPTA?	Si	17/12/2025 16:44	Responder
21	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI 2026 ¿PODEMOS ENTENDER QUE LAS UNIDADES DE MEDIDA INDICADAS EN EL ANEXO T4 PUEDEN EXPRESARSE EN UNA UNIDAD DE MEDIDA DISTINTA, SIEMPRE QUE SE RESPECTE LA EQUIVALENCIA CORRESPONDIENTE? POR EJEMPLO: CM - PIES (FT O ') - PULGADA (IN O '') O CHARR (CH) - FRENCH (FR) O ML - CC ¿ES CORRECTA ESTA INTERPRETACIÓN?	Si	17/12/2025 16:44	Responder
22	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI 2026 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SOBRE LAS MEDIDAS DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIOS QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADAS EN CATALOGOS, PODRIAN SER ACREDITADAS MEDIANTE COPIA SIMPLE DE CARTA DEL FABRICANTE QUE CONFIRME QUE LAS MEDIDAS SOLICITADAS SON EQUIVALENTES A LAS REFERENCIADAS EN EL CATALOGO Y PRESENTADAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA. ¿SE ACEPTA?	Si	17/12/2025 16:44	Responder
23	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI 2026 DICE BCB39 CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL, DE 3 A 4.5 FR. Y 65CM A 120CM, DE LONGITUD, DE 4 ALAMBRES, Y DIÁMETRO DE CANASTA DE 1 A 2 CM. COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR BCB39 CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 19 A 4.5 FR. Y 65CM A 120CM, DE LONGITUD, DE 4 ALAMBRES, Y DIÁMETRO DE CANASTA DE 1 A 2 CM. COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO. ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Si	17/12/2025 16:44	Responder
24	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI 2026 BCB26 DICE: "CARTUCHO 30 A 35, 45, 60 MM, DE LONGITUD CON GRAPAS DE 1.0 A 4.5 MM, DE ALTURA" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: BCB26 CARTUCHO 30 A 35, 45, 60 MM, DE LONGITUD CON GRAPAS DE 2.0 A 4.5 MM, DE ALTURA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Si	17/12/2025 16:44	Responder
25	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI 2026 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE BCB: BCB53- ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 0.5 A 0.8 MM, Y LONGITUD 100 A 110 MM. O ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 0.5 A 0.8 MM, Ø 0.5 A 1.5 MM Y LONGITUD 100 A 110 MM, ASIGNADO EN EL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGIA FUNCIONAL ENDOSCOPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO, NOS PERMITA OFERTAR: BCB53 ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 0.5 A 0.8 MM, Y LONGITUD 100 A 110 MM. O ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 0.5 A 0.8 MM, Ø 0.5 A 1.5 MM Y LONGITUD 100 A 110 MM. O ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 2 A 3 MM Y LONGITUD 100 A 110 MM. ESTO SI AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Si	17/12/2025 16:44	Responder
26	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI 2026 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE BCB: BCB82- MALLA DE POLILACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLILACTICO DE DOS SUPERFICIES, / O MALLA DE POLIPROPILENO 15 A 30 X 15 A 30 CM PARA SU POSIBLE INCLUSIÓN Y/O MODIFICACIÓN, / O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLILACTICO DE DOS SUPERFICIES, / O MALLA QUIRURGICA DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE DE 25 A 35CM X 25 A 35CM NOS PERMITA OFERTAR: BCB82- MALLA DE POLILACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLILACTICO DE DOS SUPERFICIES, / O MALLA DE POLIPROPILENO 15 A 30 X 15 A 30 CM PARA SU POSIBLE INCLUSIÓN Y/O MODIFICACIÓN, / O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLILACTICO DE DOS SUPERFICIES, / O MALLA QUIRURGICA DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE DE 25 A 35CM X 25 A 35.5CM ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Si	17/12/2025 16:44	Responder
27	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI 2026 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: CLAVE: 10.04.922 CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL, DE 3 A 4.5 FR. Y 65 A 90 CM, DE LONGITUD, DIÁMETRO DE 1 A 2 CM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CLAVE: 10.04.922 CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 3 A 4.5 FR. X 65 A 120 CM, DE LONGITUD, DIÁMETRO DE 1 A 2 CM. ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	Si	17/12/2025 16:44	Responder





**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

28	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI 2026 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: CLAVE: 10.04.922 CANASTILLA DE DORMIR DE NITINOL DE 3 A 4.5 FR. X 65 A 90 CM., DE LONGITUD, DIÁMETRO DE 1 A 2 CM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CLAVE: 10.04.922 CANASTILLA DE DORMIR DE NITINOL DE 1.9 A 4.5 FR. X 65 A 120 CM., DE LONGITUD, DIÁMETRO DE 1 A 2 CM. ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, ¿SE ACEPTA?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
29	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL ANEXO T1" REQUERIMIENTOS DE SMI PARA PMI REQUERIDO CON PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, DEBIDO A QUE EL PRESENTADO EN LA CONVOTARIA NO INCLUYE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO Y ESTOS SON NECESARIOS PARA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS.	SI	17/12/2025 16:44	Responder
30	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	EN ANEXO T4 ES EL DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO, FAVOR DE INCLUIR EL ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI DE ACUERDO AL SERVICIO QUE SE ENCUENTRA VIGENTE	SI	17/12/2025 16:44	Responder
31	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	DICE: EN EL CASO DE QUE ALCÚN BIEN DE CONSUMO BASICO VIO COMPLEMENTARIO DE ORIGEN NACIONAL O INTERNACIONAL, EL LICITANTE ADVIERTA QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, DEBERÁ PRESENTAR, CARTA DE LA COFEPRIS EN LA QUE SE INDIQUE QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, DEBEMOS ENTENDER QUE LOS BIEN DE CONSUMO BASICO VIO COMPLEMENTARIO QUE SE UBICAN EN EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO, PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO"; SE PODRÁ REFERENCIAR EN ESTE Y BASTARÁ CON SOLO COLOCAR LA LEYENDA "NO APLICA" EN EL APARTADO DEL REGISTRO SANITARIO". ¿ES CORRECTO?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
32	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	DEBEMOS ENTENDER QUE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO QUE SE MENCIONAN EN EL FORMATO T21 PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL SON LOS QUE PODRAN SOLICITARSE COMO REQUERIMIENTO POR CADA UNO DE LOS HOSPITAL. FAVOR DE ACLARAR.	SI	17/12/2025 16:44	Responder
33	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL LISTADO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO REQUERIDOS POR UNIDAD MEDICA.	SI	17/12/2025 16:44	Responder
34	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL	EQUIPO MEDICO DICE: FORMATO T30 "CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MEDICO QUE AVALE LOS 5 AÑOS CERO MESES DE FABRICACIÓN (A PARTIR 2019)" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: FORMATO T30 "CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MEDICO QUE AVALE LOS 6 AÑOS CERO MESES AÑOS DE FABRICACIÓN (A PARTIR 2020)." ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR A LA CONVOCANTE MAYORES OPCIONES DE OFERTA, GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO Y MANTENER CONDICIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD PLENAMENTE VIGENTES, SIN AFECTAR EL DESEMPEÑO NI LA SEGURIDAD DEL EQUIPO MEDICO PROPUESTO, ¿SE ACEPTA?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
35	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	3. DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA. NÚMERO 4. DICE: FORMATO T30 "CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MEDICO QUE AVALE LOS CINCO (5) AÑOS CERO MESES DE FABRICACIÓN (A PARTIR 2019)." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: FORMATO T30 "CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MEDICO QUE AVALE LOS 6 AÑOS CERO MESES AÑOS DE FABRICACIÓN (A PARTIR 2020)." ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR A LA CONVOCANTE MAYORES OPCIONES DE OFERTA, GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO Y MANTENER CONDICIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD PLENAMENTE VIGENTES, SIN AFECTAR EL DESEMPEÑO NI LA SEGURIDAD DEL EQUIPO MEDICO PROPUESTO. ¿SE ACEPTA?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
36	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	¿PODEMOS ENTENDER QUE LAS UNIDADES DE MEDIDA INDICADAS EN EL ANEXO T3 PUEDEN EXPRESARSE EN UNA UNIDAD DE MEDIDA DISTINTA, SIEMPRE QUE SE RESPETE LA EQUIVALENCIA CORRESPONDIENTE? POR EJEMPLO: CM - PIES (FT O ") - PULGADA(S) O ") O CHARR (CH) - FRENCH (FR) O ML - CC ¿ES CORRECTA ESTA INTERPRETACIÓN?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
37	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	CIRUGIA PED 2: EQUIPO MORCELADOR EL EQUIPO MORCELADOR LAPAROSCOPICO FUE DESCONTINUADO CON BASE A COMUNICADO DE LA FDA DE DICIEMBRE DEL 2020, EN EL CUAL, NO SE RECOMIENDA EL USO DE ESTE EQUIPO PARA MORCELACION POR LO QUE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA NO OFERTARLO O CONSIDERARLO COMO OPCIONAL, COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
38	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	CIRUGÍA PED 2) NO. 1.8 CON CUCHILLAS REUSABLES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EQUIPO MORCELADOR INALAMBICO, DE BAJO PESO, ESTÉRIL. CUENTA CON 3 POSICIONES DE CUCHILLA PARA ELEGIR, PARA AYUDAR EN LA SEGURIDAD Y EL CONTROL DURANTE LA FRAGMENTACION DEL TEJIDO. ¿SE ACEPTA?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
39	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	CIRUGÍA PED 2) NO. 1.8 CON CUCHILLAS REUSABLES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EQUIPO MORCELADOR INALAMBICO, TOTALMENTE DESECHABLE. PUEDE UTILIZARSE TAL Y COMO SE RECIBE EN EL EMBALAJE DE MANERA ESTÉRIL. ¿SE ACEPTA?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
40	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	ENDOURO 3) NO. 5 Y ENDOURO 4) NO. 4 URETEROSCÓPIO SEMIRRÍGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°; CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: URETEROSCÓPIO SEMIRRÍGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°; CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 6 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). ¿SE ACEPTA?	SI	17/12/2025 16:44	Responder



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

41	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	DICE... ENDURO 3) NO. 5 "URETEROSCOPIO SEMIRRÍGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°; CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. CANAL DE IRRIGACIÓN DE 3.0 A 4.2 FR. O CHARR; Y ENDURO 4) NO. 4 "URETEROSCOPIO SEMIRRÍGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°; CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. (REFERENCIA SEGUN MARCA DEL FABRICANTE)". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR PARA LOS SETS DE INSTRUMENTAL ENDURO 3) NO. 5 Y ENDURO 4) NO. 4 "URETEROSCOPIO SEMIRRÍGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°; CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. (REFERENCIA SEGUN MARCA DEL FABRICANTE)" ¿ES CORRECTA NUESTRA APLICACIÓN?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
42	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	ENDURO 5) NO. 11 TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE DIÁMETRO MENOR A 7 MM O 22 FR. DIRECCIÓN VISUAL DE 0° A 30°; OCULAR ANGULADO O LATERAL, CANAL DE TRABAJO DE 3.5 MM, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, LONGITUD EN EL RANGO DE 19 A 25 CM. SE SOLICITA AMBAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: NEFROSCOPIO PERCUTÁNEO, VISIÓN FRONTAL DE GRAN ANGULAR 6°; OCULAR PARALELO, CON CANAL DE TRABAJO, CON CONEXIÓN LUER-LOCK PARA ALTO FLUJO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, LONGITUD 25CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
43	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	ENDURO 5) NO. 11 TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE DIÁMETRO MENOR A 7 MM O 22 FR. DIRECCIÓN VISUAL DE 0° A 30°; OCULAR ANGULADO O LATERAL, CANAL DE TRABAJO DE 3.5 MM, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, LONGITUD EN EL RANGO DE 19 A 25 CM. SE SOLICITA AMBAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: NEFROSCOPIO PERCUTÁNEO, VISIÓN FRONTAL DE GRAN ANGULAR 6°; OCULAR OBLICUO, CON CANAL DE TRABAJO, CON CONEXIÓN LUER-LOCK PARA ALTO FLUJO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, LONGITUD 25CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
44	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	DICE... ENDURO 7) NO. 2 "URETROTOMO DE 4 MM DE DIÁMETRO O 12 FR., CON CANAL DE TRABAJO DE 4.5 FR. O CHARR, ¿DEBEMOS ENTENDER QUE SE TRATA DE UN ERROR Y SE REFERIA A URETROTOMO COMPATIBLE CON TELESCOPIO DE 4 MM DE DIÁMETRO O 12 FR., CON CANAL DE TRABAJO DE 4.5 FR. O CHARR, ¿ES CORRECTO?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
45	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	DICE... ENDURO 7) NO. 2 "URETROTOMO DE 4 MM DE DIÁMETRO O 12 FR., CON CANAL DE TRABAJO DE 4.5 FR. O CHARR, ¿DEBEMOS ENTENDER QUE SE TRATA DE UN ERROR Y SE REFERIA A URETROTOMO COMPATIBLE CON TELESCOPIO DE 4 MM DE DIÁMETRO O 12 FR., DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿ES CORRECTO?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
46	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	URO 1) NO. IQX7, APLICADOR PARA CLIP DE POLÍMERO, LARGO Y EXTRA-LARGO CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLÍMERO MEDIDA EXTRA-LARGO SE REQUIERE ÚNICAMENTE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.007 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA ADULTO, ¿PODEMOS CONSIDERAR QUE SOLO SE DEBE OFERTAR EL APLICADOR PARA CLIP DE POLÍMERO EXTRA-LARGO EN EL SET CIRUGÍA 1 Y 2?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
47	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	CIRUGÍA 3) NO. IQX7, APLICADOR PARA CLIP DE POLÍMERO, LARGO Y EXTRA-LARGO, CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLÍMERO MEDIDA EXTRA-LARGO NO SE REQUIERE PARA LAS CLAVES DE PROCEDIMIENTO 10.06.003 BYPASS GÁSTRICO, 10.06.032 MANGA GÁSTRICA, INCLUIDOS EN EL SET CIRUGÍA 3, ¿PODEMOS CONSIDERAR QUE EL APLICADOR PARA CLIP DE POLÍMERO, EXTRA-LARGO, NO SE REQUIERE INCLUIR EN EL SET CIRUGÍA 3, ¿ES CORRECTA NUESTRA APLICACIÓN?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
48	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	CIRUGÍA 3) NO. IQX7, APLICADOR PARA CLIP DE POLÍMERO, LARGO Y EXTRA-LARGO, CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLÍMERO MEDIDA EXTRA-LARGO SE REQUIERE ÚNICAMENTE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.007 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA ADULTO, ¿PODEMOS CONSIDERAR QUE EL APLICADOR PARA CLIP DE POLÍMERO, EXTRA-LARGO, SOLO SE REQUIERE INCLUIR EN EL SET CIRUGÍA 1 Y 2?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
49	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	CIRUGÍA PED 1) NO. IQX136, PINZA DE DISECCIÓN TIPO MIXTER DE 3 O 5 MM., DE DIÁMETRO, REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, CON PUNTA ANGULADA, LONGITUD DE TRABAJO 20 A 32 CM., CIRUGÍA PED 1) NO. IQX137, PINZA DE DISECCIÓN TIPO MIXTER REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, CON PUNTA ANGULADA, DIÁMETRO DE 5 MM., LONGITUD DE TRABAJO EN EL RANGO DE 31A 37 CM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI REQUERIMOS UNA O DOS PINZAS DE DISECCIÓN TIPO MIXTER, YA QUE SE SOLICITA EN 2 O CASIONES EN ESTE SET.	SI	17/12/2025 16:44	Responder
50	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	ENDURO 5) NO. 11 TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE DIÁMETRO MENOR A 7 MM O 22 FR. DIRECCIÓN VISUAL DE 0° A 30°; OCULAR ANGULADO O LATERAL, CANAL DE TRABAJO DE 3.5 MM, AUTOCALVABLE, LONGITUD EN EL RANGO DE 19 A 25 CM. SE SOLICITA AMBAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: OPTICA DE VISION FRONTAL GRAN ANGULAR 6°, 18 CHARR, OCULAR O PARALELO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA OPTICA INCORPORADO Y CANAL DE TRABAJO DE 13.7 CHARR, CON CONEXION LUER-LOCK PARA AFLUJO ¿SE ACEPTA?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
51	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PEDI NO IQX124, PINZA DE BIOPSIA Y AGARRE KENNEDY-BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY, CURVA HACIA ARRIBA 45°, CON ASPIRACIÓN, CALIBRE "1" O QUADRAS (O PUNTA) DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 11 A 12.5 CM.(REFERENCIA SEGUN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA DE AGARRE Y BIOPSIA KENNEDY-BLAKESLEY, CURVA HACIA ARRIBA 45°, CON CANAL DE ASPIRACIÓN, TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL 12.5CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
52	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PEDI NO IQX124, PINZA DE BIOPSIA Y AGARRE KENNEDY-BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY, CURVA HACIA ARRIBA 45°, CON ASPIRACIÓN, CALIBRE "1" O QUADRAS (O PUNTA) DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 11 A 12.5 CM.(REFERENCIA SEGUN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA DE AGARRE Y BIOPSIA KENNEDY-BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY, CURVA HACIA ARRIBA 45°, CON ASPIRACIÓN, TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL 12.5CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
53	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PEDI NO IQX165, PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "1" O SEGUN LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. (REFERENCIA SEGUN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: FORCEPS NASAL BLAKESLEY, 0° (RECTA REFERENCIA GRÁFICA), TAMAÑO 1, LONGITUD 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
54	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PEDI NO IQX166, PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKESLEY, CALIBRE "0" O QUADRAS (O PUNTA) DE PINZA DE 5 A 7 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. (REFERENCIA SEGUN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL RECTA BLAKESLEY, TAMAÑO 0, LONGITUD ÚTIL 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
55	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PEDI NO IQX158, PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "0" Y "1", QUADRAS O PUNTA DE PINZA DE 5 A 8 MM DE LARGO POR 2.5 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. (REFERENCIA SEGUN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TAMAÑO 0 Y 1, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
56	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PEDI NO IQX158, PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "0" Y "1", QUADRAS O PUNTA DE PINZA DE 5 A 8 MM DE LARGO POR 2.5 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. (REFERENCIA SEGUN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE 0 TAMAÑO 0" Y "1", O QUADRAS O PUNTA DE PINZA DE 5 A 8 MM DE LARGO POR 2.5 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. (REFERENCIA SEGUN MARCA DEL FABRICANTE). DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
57	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PEDI NO IQX162, PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 90°, TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "2" O QUADRAS (O PUNTA) DE PINZA DE 10 A 12 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. (REFERENCIA SEGUN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE, CURVA HACIA ARRIBA 90°, TAMAÑO 2, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
58	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PEDI NO IQX161, PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 90°, TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "1" O QUADRAS (O PUNTA) DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 10 A 11 CM. (REFERENCIA SEGUN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE, CURVA HACIA ARRIBA 90°, TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
59	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	OTORRINO 4 PEDI IQX62, DISECTOR DE THOMASSIN, DOS EXTREMOS ÚTILES ACCODADOS 90 GRADOS A LA DERECHA Y A LA IZQUIERDA, LONGITUD 16 A 18 CM SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: DISECTOR DE THOMASSIN, DOS EXTREMOS ÚTILES, EXTREMOS DE CURVATURA SIMPLE A LA DERECHA O IZQUIERDA, LONGITUD 18 CM., ¿SE ACEPTA?	SI	17/12/2025 16:44	Responder
60	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	OTORRINO 4 PEDI IQX3, CÁNULAS DE ASPIRACIÓN, CURVATURA DE LUER-LOCK, DE 0.9 A 1 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM. CONICO (CONICO O SEGUN TECNOLOGIA DEL FABRICANTE) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TUBO DE ASPIRACIÓN CLINDRICO, LUER, 1MM DIAMETRO EXTERIOR, LONGITUD ÚTIL 10CM, CURVA (REFERENCIA GRÁFICA), DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI	17/12/2025 16:44	Responder





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

61	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	OTORRINO 4 PED) IQX32, CÁNULAS DE ASPIRACIÓN, CURVATURA DE, LUER-LOCK, DE 0.9 A 1 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM, CÓNICO (CÓNICO O SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TUBO DE ASPIRACIÓN, 6 MM DE CURVATURA, LUER-LOCK, 0.8 MM DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 10 CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	Si	17/12/2025 16:44	Responder
62	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	EN LA LINEA NÚMERO 3, EN LA COLUMNA EN LA QUE SE INDICA EL NÚMERO, DICE 2 PARA LA LOCALIDAD TECAMAC, DEBEMOS ENTENDER QUE HACE REFERENCIA A HGR 200 TECAMAC, ¿ES CORRECTO?	Si	17/12/2025 16:44	Responder
63	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL	FAVOR DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN QUE LAS IMPORTACIONES DE LOS EQUIPOS PUEDEN GENERAR UN DESFASE ENTRE LA FECHA DE MANUFACTURA Y LA FECHA DE FACTURACIÓN DEL PRODUCTO, LOS EQUIPOS SUELEN SER FACTURADOS A PARTIR DE LA ADQUISICIÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS SEA LA FACTURA LA QUE SE COTEJE EN CONJUNTO AL FORMATO T30 PARA SU VALIDACIÓN, ¿SE ACEPTA?	Si	17/12/2025 16:44	Responder
64	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	SE SOLICITA AMABLEMENTA A LA CONVOCANTE ENVIAR EL ARCHIVO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES EN FORMATO EDITABLE Y PDF.	Si	17/12/2025 16:44	Responder
65	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, FAVOR DE ANEXAR EL ARCHIVO ANEXO TÉCNICO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN EN FORMATO EDITABLE.	Si	17/12/2025 16:44	Responder
66	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T11 REQUERIMIENTOS DE SMI PARA PMI	EN EL ANEXO T11 SE ESTÁ SOLICITANDO EL PROCEDIMIENTO 10.04.011 RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA/VEJIGA RTUP/RTUV/RTUC PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES: H.G.R. NO. 196, H.G.R. NO. 200, H.G.R. NO. 72, H.G.Z. NO. 197, H.G.Z. NO. 53, H.G.Z. NO. 71, H.G.Z.M.F. NO. 76. ENTENDEMOS QUE ESTE PROCEDIMIENTO NO FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO PARA LAS UNIDADES MENCIONADAS, YA QUE CON FECHA 03 DE DICIEMBRE SE RECIBIÓ OFICIO DE AMPLIACIÓN DE VIGENCIA AL 30 DE JUNIO 2026 DEL CONTRATO 050CYR028N2325-023-00, EL CUAL CONTEMPLA EL PROCEDIMIENTO 10.04.011 RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA/VEJIGA RTUP/RTUV/RTUC, PARA LAS UNIDADES CITADAS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Si	17/12/2025 17:59	Responder
67	REPUBLICA MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CERTIFICADOS DE CALIDAD	COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-9001:2015 EN SERVICIOS INTEGRALES, A NOMBRE DEL LICITANTE, VIGENTE, EMITIDO POR ALGÚN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO, SE SOLICITA LA CONVOCANTE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN AL ENTENDER QUE EL CERTIFICADO ISO ES UN REQUISITO OBLIGATORIO Y EN CASO DE NO TENERLO SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO?	Si	17/12/2025 22:46	Responder
68	REPUBLICA MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONSTANCIA REPIIMSS	SE SOLICITA LA CONVOCANTE INTEGRAR COMO PARTE DE LA PROPUESTA EN PUNTOS Y PORCENTAJES LA CONSTANCIA DE REPIIMSS, YA QUE TENEMOS POR ENTENDIDO QUE AL TENER ESTA CONSTANCIA SE PUEDE OBTENER UN PUNTO EXTRA, DEPENDIENDO DE LA CALIFICACIÓN?	Si	17/12/2025 22:46	Responder
69	REPUBLICA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	VISITA A LAS INSTALACIONES	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL QUE LAS VISITAS A LAS UNIDADES DESCRITAS EN EL ANEXO T12 SEA OBLIGATORIA, YA QUE NOSOTROS COMO PROVEEDORES TENDRIAMOS UN AMPLIO CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES QUE TIENE CADA UNIDAD Y ASI PODER OFERTA UNA PROPUESTA CONVENIENTE PARA LE INSTITUTO	Si	17/12/2025 22:46	Responder
70	REPUBLICA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ADJUDICACIÓN	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI NUESTRA APRECIACION ES CORRECTA, EL PODER OFERTA 1 SOLO PAQUETE DE LOS 3 ENLISTADOS, ¿ES CORRECTO?	Si	17/12/2025 22:46	Responder

70 registro(s) encontrado(s) << < 3 4 5 6 7 > >>

HECHO QUE SE HIZO CONSTAR EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO PRESENTES EN ESTE MOMENTO.

SEXTO.- SIENDO LAS DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO SE PROCEDE A LA LECTURA DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS LICITANTES, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR LA CONVOCANTE Y EL ÁREA TÉCNICA, COMO SE INDICA ACONTINUACIÓN.

LICITANTE.	NO. DE PREGUNTAS
ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	15
INTERMET SA DE CV	50
REPUBLICA MEDICA SA DE CV	4
VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	1





**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
996170	ADMINISTRADOR A DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	VI. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES. INCISO J)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO, DEBEREMOS PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SAT, INFONAVIT E IMSS	ES CORRECTA SU APRECIACION
996171	ADMINISTRADOR A DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T1" REQUERIMIENTOS DE SMI PARA PM	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI CUENTA CON CANTIDADES DE REFERENCIA PARA LOS PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS EN EL ANEXO TÉCNICO, A EFECTO DE PERMITIR UNA ADECUADA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.	SIENDO UN CONTRATO ABIERTO, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO, DEBERÁ OFERTAR LOS PRECIOS UNITARIOS, EN FUNCIÓN DE ESO SE LE SOLICITARÁN LOS SERVICIOS E INSUMOS HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO ASIGNADO.
996175	ADMINISTRADOR A DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T1" REQUERIMIENTOS DE SMI PARA PM	ANEXO T1 PROCEDIMIENTO 10.22.008 COLONOSCOPIA DIAGNOSTICA, ESTE PROCEDIMIENTO INDICA QUE ES PAQUETE 5 SIN EMBARGO DENTRO DE LAS BASES SOLO HAY 3 PAQUETES Y/O PARTIDAS POR LO QUE ENTENDEMOS QUE ESTE PROCEDIMIENTO ES PAQUETE 2 ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION
996176	ADMINISTRADOR A DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO PROCEDIMIENTO 10.210.004, 10.21.005, 10.22.003, 10.22.009, 10.23.007, 10.23.009, 10.23.020, 10.23.023, 10.21.102, 10.21.104, 10.21.105, 10.23.101, 10.23.102, 10.23.103, 10.23.108, 10.23.109, 10.23.115, 10.23.122, 10.23.124 ESTOS PROCEDIMIENTOS NO SE INCLUYEN EN EL ANEXO T1 PARA LAS UNIDADES DESCRITAS CON PAQUETE 2 POR LO QUE ENTENDEMOS NO SE DEBEN OFERTAR ¿ES CORRECTO?	ESTOS PROCEDIMIENTOS NO ESTAN CONTEMPLADOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, POR LO QUE NO DEBERA OFERTAR LOS INSUMOS EXTRAS.
996276	ADMINISTRADOR A DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO INSUMO 10.23.908 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR INTRODUTOR DE 8.5 FR YA QUE CON ESTE PUEDEN LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DESTINADO PARA ESTE INSUMO YA QUE ESTE NO TIENE QUE VER CON EL PROCEDIMIENTO YA QUE ES SOLO EL INTRODUTOR PARA COLOCAR LA PROTESIS SOLICITADA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
996277	ADMINISTRADOR A DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO	EN EL ANEXO T4 SE INCLUYEN LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS PAQUETE 2 BAJO LAS SIGUIENTES CLAVES 10.21.901, 10.21.902, 10.21.903, 10.22.902, 10.23.901, 10.23.903, 10.23.905, 10.23.906, 10.23.907, 10.23.908, 10.23.909, 10.23.910, 10.23.911, 10.23.912, 10.23.913, 10.23.914, 10.23.915, 10.23.916, 10.23.917, 10.23.918, 10.23.919, 10.23.920, 10.23.922, 10.23.923 SIN EMBARGO EN EL DESGLOSE DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO POR UNIDAD SE DESCRIBEN INSUMOS EXTRAS A LOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE POR LO QUE SOLICITAMOS NOS INDIQUEN CUALES SON LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO QUE DEBEMOS OFERTAR PARA PAQUETE 2 ¿FAVOR DE ACLARAR?	ESTOS PROCEDIMIENTOS NO ESTAN CONTEMPLADOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, POR LO QUE NO DEBERA OFERTAR LOS INSUMOS EXTRAS.
996278	ADMINISTRADOR A DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO	ANEXO T4 PROCEDIMIENTO 10.23.010 BCB20 SOLICITAN CANASTILLA PARA LITOTRICIA Y EXTRACCIÓN DE CÁLCULO 2 A 2.8 MM DE DIAMETRO SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR CANASTILLA PARA LITOTRICIA Y EXTRACCIÓN CALCULOS PARA CANAL 3.2 MM ESTO YA QUE EL CANAL SOLICITADO PARA EL VIDEOUDODENOSCOPIO EQUIPO UTILIZADO EN ESTE PROCEDIMIENTO ES DE 4.2 MM POR LO QUE ES COMPLETAMENTE COMPATIBLE CON ESTE, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
996279	ADMINISTRADOR A DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO	ANEXO T4 PROCEDIMIENTO 10.2.010 BCB27 CATETER CON BALON DE EXTRACCION TRIPLE LUMEN 8.5 A 18 MM SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR CATETER CON BALÓN DE EXTRACCIÓN TRIPLE LUMEN 9.0 A 18 MM CON MEDIDAS INTERMEDIAS YA QUE CON ESTO NO SE AFECTA EN NADA LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DESTINADO PARA ESTE INSUMO Y ES LA MEDIDA QUE ACTUALMENTE UTILIZAN EN LAS UNIDADES MEDICAS DONDE SE REQUIERE ESTE INSUMO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
996280	ADMINISTRADOR A DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 10.22.902, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR JERINGA DE 5 A 20 CC ESTO SIN AFECTAR EL USO DEL INSUMO SOLICITADO YA QUE CON ESTA MEDIDA SE PUEDE LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DESTINADOS PARA ESTE	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES





**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				INSUMO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
996281	ADMINISTRADOR A DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 10.23.930 SOLICITAN CANASTILLA PARA LITOTRICIA Y EXTRACCIÓN DE CÁLCULO 2 A 2.8 MM DE DIAMETRO SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR CANASTILLA PARA LITOTRICIA Y EXTRACCIÓN CALCULOS PARA CANAL 3.2 MM ESTO YA QUE EL CANAL SOLICITADO PARA EL VIDEOUDODENOSCOPIO EQUIPO UTILIZADO EN ESTE PROCEDIMIENTO ES DE 4.2 MM POR LO QUE ES COMPLETAMENTE COMPATIBLE CON ESTE, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
996282	ADMINISTRADOR A DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 10.23.932CATETER CON BALON DE EXTRACCION TRIPLE LUMEN 8.5 A 18 MM SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR CATETER CON BALÓN DE EXTRACCIÓN TRIPLE LUMEN 9.0 A 18 MM CON MEDIDAS INTERMEDIAS YA QUE CON ESTO NO SE AFECTA EN NADA LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DESTINADO PARA ESTE INSUMO Y ES LA MEDIDA QUE ACTUALMENTE UTILIZAN EN LAS UNIDADES MEDICAS DONDE SE REQUIERE ESTE INSUMO , ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
996283	ADMINISTRADOR A DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO FAVOR DE CONFIRMAR QUE PARA EL PAQUETE 2 NO APLICAN LAS CLAVES 10.22.905, 10.22.906, 10.22.912 ¿FAVOR DE CONFIRMAR?	ESTOS PROCEDIMIENTOS NO ESTAN CONTAMPLADOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, POR LO QUE NO DEBERA OFERTAR LOS INSUMOS EXTRAS.
996285	ADMINISTRADOR A DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	EN EL ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO SEÑALAN INSUMOS PAQUETE 2 PARA LAS UNIDADES U.M.A.A NO. 180 Y U.M.A.A. 198 SIN EMBARGO EN ESTE PROCEDIMIENTO NO SE INCLUYEN ESTAS UNIDADES PARA PAQUETE 2 ¿FAVOR DE ACLARAR?	FAVOR DE REMITIRSE A LA PRECISIÓN NUMERO 1 (UNO)
996297	ADMINISTRADOR A DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2 PUNTO 11	ANEXO T2 PUNTO 11 TORRE DE VISUALIZACION ENDOSCOPICA DE ALTA ESPECIALIDAD PARA TUBO DIGESTIVO NUMERAL 11.4.2 INTENSIDAD DE 300 WATT'S SEPARADA O INTEGRADA AL PROCESADOR, ENTENDEMOS QUE ESTO APLICA UNICAMENTE A LOS PARTICIPANTES QUE OFERTEN TECNOLOGIA DE XENÓN YA QUE LAS LAMPARAS DE LED NO TIENEN ESTA CARACTERISTICA, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
996298	ADMINISTRADOR A DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T2 PUNTO 18	ANEXO T2 PUNTO 18 TORRE DE VISUALIZACION ENDOSCOPICA DE ALTA ESPECIALIDAD PARA TUBO DIGESTIVO NUMERAL 18.4.2 INTENSIDAD DE 300 WATT'S SEPARADA O INTEGRADA AL PROCESADOR, ENTENDEMOS QUE ESTO APLICA UNICAMENTE A LOS PARTICIPANTES QUE OFERTEN TECNOLOGIA DE XENÓN YA QUE LAS LAMPARAS DE LED NO TIENEN ESTA CARACTERISTICA, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
997172	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PDF	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL DOCUMENTO DE ANEXO TÉCNICO, EN FORMATO WORD PARA UN MEJOR MANEJO DE LA INFORMACIÓN ¿SE ACEPTA?	SE COMPARTIRA EL ARCHIVO ANEXO TÉCNICO EN FORMATO WORD EN COMPRAS MX, SECCIÓN ANEXOS, ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.
997173	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 2. A) EXPERIENCIA DEL LICITANTE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE INCISO NOS PERMITA PRESENTAR LOS MISMOS CONTRATOS DEL INCISO B) ESPECIALIDAD DEL LICITANTE CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
997174	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO 2026 ANEXO TÉCNICO	EL ARCHIVO DE WORD ANEXO TÉCNICO 2026 SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO NO CORRESPONDE AL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE MINIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL ARCHIVO CORRECTO EN FORMATO WORD Y SE CONTEMPLA EL TIEMPO PARA SU ANÁLISIS Y PRESENTACION DE PROPUESTA.	SE COMPARTIRA EL ARCHIVO ANEXO TÉCNICO EN FORMATO WORD EN COMPRAS MX, SECCIÓN ANEXOS, ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.
997175	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES AL PAGO DICE: CONCEPTO: INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS, INSTRUMENTAL MÉDICO. UNIDAD DE MEDIDA: CUANDO EXCEDA LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DEL ACTO DE FALLO	ES CORRECTA SU APRECIACION





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				¿DEBEMOS ENTENDER QUE EL PLAZO DE CUMPLIMIENTO PARA LA ENTREGA, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS SERA HASTA EL DÍA 14 NATURAL POSTERIOR AL FALLO? LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES AL PAGO	
997176	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	DICE: CONCEPTO: INCUMPLIMIENTO DE LA PRIMERA DOTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS. UNIDAD DE MEDIDA: CUANDO EXCEDA LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES A PARTIR DEL ACTO DE FALLO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE AJUSTE EL RUBRO DE UNIDAD DE MEDIDA DE IGUAL FORMA QUE EN EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO QUEDANDO COMO: UNIDAD DE MEDIDA: CUANDO EXCEDA LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DEL ACTO DE FALLO DE MANERA QUE PERMITA UN ARRANQUE HOMOLOGADO SIN RETRABAOS PARA AMBAS PARTES.	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
997177	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	¿SE ACEPTA? ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI 2026 ¿PODEMOS ENTENDER QUE LAS UNIDADES DE MEDIDA INDICADAS EN EL ANEXO T4 PUEDEN EXPRESARSE EN UNA UNIDAD DE MEDIDA DISTINTA, SIEMPRE QUE SE RESPETE LA EQUIVALENCIA CORRESPONDIENTE? POR EJEMPLO: CM - PIES (FT O ') - PULGADA (IN O ") Ó CHARR (CH) - FRENCH (FR) Ó ML - CC ¿ES CORRECTA ESTA INTERPRETACIÓN?	ES CORRECTA SU INTERPRETACION
997178	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI 2026 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SOBRE LAS MEDIDAS DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIOS QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADAS EN CATÁLOGOS, PODRÁN SER ACREDITADAS MEDIANTE COPIA SIMPLE DE CARTA DEL FABRICANTE QUE CONFIRME QUE LAS MEDIDAS SOLICITADAS SON EQUIVALENTES A LAS REFERENCIADAS EN EL CATÁLOGO Y PRESENTADAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
997179	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI 2026 DICE BCB19:CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 3 A 4.5 FR. Y 65CM A 120CM, DE LONGITUD, DE 4 ALAMBRES. Y DIÁMETRO DE CANASTA DE 1 A 2 CM. COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR: BCB19 CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 1.9 A 4.5 FR. Y 65CM A 120CM, DE LONGITUD, DE 4 ALAMBRES. Y DIÁMETRO DE CANASTA DE 1 A 2 CM. COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO. ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
997180	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI 2026 BCB26 DICE: "CARTUCHO 30 A 35, 45, 60 MM., DE LONGITUD CON	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			ELECTRÓNICA	GRAPAS DE 1.0 A 4.5 MM., DE ALTURA." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: BCB26 CARTUCHO 30 A 35, 45, 60 MM., DE LONGITUD CON GRAPAS DE 2.0 A 4.5 MM., DE ALTURA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
997181	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI 2026 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE BCB: BCB53- ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 0.5 A 0.8 MM., Y LONGITUD 100 A 110 MM. O ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 0.5 A 0.8 MM., Ó 0.5 A 1.5 MM Y LONGITUD 100 A 110 MM. ASIGNADO EN EL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO. NOS PERMITA OFERTAR: BCB53 ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 0.5 A 0.8 MM., Y LONGITUD 100 A 110 MM. O ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 0.5 A 0.8 MM., Ó 0.5 A 1.5 MM Y LONGITUD 100 A 110 MM.. O ELECTRODO PUNTA ESFÉRICA DIÁMETRO DE 2 A 3 MM Y LONGITUD 100 A 110 MM. ESTO SI AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
997182	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI 2026 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE BCB: BCB82- MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES./ O MALLA DE POLIPROPILENO 15 A 30 X 15 A 30 CM PARA SU POSIBLE INCLUSIÓN Y/O MODIFICACIÓN./ O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES./ O MALLA QUIRURGICA DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE DE 25 A 35CM X 25 A 35CM NOS PERMITA OFERTAR: BCB82- MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES./ O MALLA DE POLIPROPILENO 15 A 30 X 15 A 30 CM PARA SU POSIBLE INCLUSIÓN Y/O MODIFICACIÓN./ O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES./ O MALLA QUIRURGICA DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE DE 25 A 35CM X 25 A 35.5CM ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
997183	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI 2026 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: CLAVE- 10.04.922 CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 3 A 4.5 FR. X 65 A 90 CM., DE LONGITUD, DIÁMETRO DE 1 A 2 CM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CLAVE- 10.04.922 CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 3 A 4.5 FR. X 65 A 120 CM., DE LONGITUD, DIÁMETRO DE 1 A 2 CM.	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES





**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, ¿SE ACEPTA?	
997184	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI 2026 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: CLAVE- 10.04.922 CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 3 A 4.5 FR. X 65 A 90 CM., DE LONGITUD, DIÁMETRO DE 1 A 2 CM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CLAVE- 10.04.922 CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 1.9 A 4.5 FR. X 65 A 120 CM., DE LONGITUD, DIÁMETRO DE 1 A 2 CM.	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
997185	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL ANEXO T1" REQUERIMIENTOS DE SMI PARA PMI REQUERIDO CON PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, DEBIDO A QUE EL PRESENTADO EN LA CONVOTARIA NO INCLUYE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO Y ESTOS SON NECESARIOS PARA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS.	EL ANEXO T1 (UNO) ESTA INTEGRADO EN LA CONVOCATORIA EN LA PAGINA 140, ACLARANDO QUE AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN ESTE ANEXO, NO DEBERA OFERTAR LOS INSUMOS COMPLEMENTARIOS.
997186	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	EN ANEXO T4 ES EL DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO, FAVOR DE INCLUIR EL ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI DE ACUERDO AL SERVICIO QUE SE ENCUENTRA VIGENTE	EL ANEXO T1 (UNO) ESTA INTEGRADO EN LA CONVOCATORIA EN LA PAGINA 140, ACLARANDO QUE AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN ESTE ANEXO, NO DEBERA OFERTAR LOS INSUMOS COMPLEMENTARIOS, SEÑALADOS EN EL ANEXO T4 (CUATRO).
997187	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	DICE: EN EL CASO DE QUE ALGÚN BIEN DE CONSUMO BASICO Y/O COMPLEMENTARIO DE ORIGEN NACIONAL O INTERNACIONAL, EL LICITANTE ADVIERTA QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, DEBERÁ PRESENTAR, CARTA DE LA COFEPRIS EN LA QUE SE INDIQUE QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO. DEBEMOS ENTENDER QUE LOS BIEN DE CONSUMO BASICO Y/O COMPLEMENTARIO QUE SE UBIQUEN EN EL "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO, PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO"; SE PODRA REFERENCIAR EN ESTE Y BASTARÁ CON SOLO COLOCAR LA LEYENDA "NO APLICA" EN EL APARTADO DEL REGISTRO SANITARIO". ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
997188	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	FORMATO T21. PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:	DEBEMOS ENTENDER QUE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO QUE SE MENCIONAN EN EL FORMATO T21 PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL SON LOS QUE PODRAN SOLICITARSE COMO REQUERIMIENTO POR CADA UNO DE LOS HOSPITAL. FAVOR DE ACLARAR.	SE COMPARTIRA EL ARCHIVO EN EDITABLE EN COMPRAS MX, SECCIÓN ANEXOS, ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.
997189	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL LISTADO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO REQUERIDOS POR UNIDAD MÉDICA.	SE COMPARTIRA EL ARCHIVO EN EDITABLE EN COMPRAS MX, SECCIÓN ANEXOS, ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACLARANDO QUE EL CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO SOLO SE ENTREGA POR PROCEDIMIENTO Y NO POR UNIDAD MEDICA
997190	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL	EQUIPO MÉDICO DICE: FORMATO T30 "CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MÉDICO QUE AVALE LOS 5 AÑOS CERO MESES DE FABRICACIÓN (A PARTIR 2019)." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO:	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				FORMATO T30 "CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MÉDICO QUE AVALE LOS 6 AÑOS CERO MESES AÑOS DE FABRICACIÓN (A PARTIR 2020)." ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR A LA CONVOCANTE MAYORES OPCIONES DE OFERTA, GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO Y MANTENER CONDICIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD PLENAMENTE VIGENTES, SIN AFECTAR EL DESEMPEÑO NI LA SEGURIDAD DEL EQUIPO MÉDICO PROPUESTO. ¿SE ACEPTA?	
997191	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	3, DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA. NÚMERAL H. DICE: FORMATO T30 "CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MÉDICO QUE AVALE LOS CINCO (5) AÑOS CERO MESES DE FABRICACIÓN (A PARTIR 2019)." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: FORMATO T30 "CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MÉDICO QUE AVALE LOS 6 AÑOS CERO MESES AÑOS DE FABRICACIÓN (A PARTIR 2020)." ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR A LA CONVOCANTE MAYORES OPCIONES DE OFERTA, GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO Y MANTENER CONDICIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD PLENAMENTE VIGENTES, SIN AFECTAR EL DESEMPEÑO NI LA SEGURIDAD DEL EQUIPO MÉDICO PROPUESTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
997192	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	¿PODEMOS ENTENDER QUE LAS UNIDADES DE MEDIDA INDICADAS EN EL ANEXO T3 PUEDEN EXPRESARSE EN UNA UNIDAD DE MEDIDA DISTINTA, SIEMPRE QUE SE RESPETE LA EQUIVALENCIA CORRESPONDIENTE? POR EJEMPLO: CM - PIES (FT O ') - PULGADA (IN O ") Ó CHARR (CH) - FRENCH (FR) Ó ML - CC ¿ES CORRECTA ESTA INTERPRETACIÓN? CIRUGIA PED 2: EQUIPO MORCELADOR	ES CORRECTA LA INTERPRETACION
997193	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	EL EQUIPO MORCELADOR LAPAROSCÓPICO FUE DESCONTINUADO CON BASE A COMUNICADO DE LA FDA DE DICIEMBRE DEL 2020, EN EL CUAL, NO SE RECOMIENDA EL USO DE ESTE EQUIPO PARA MORCELACIÓN. POR LO QUE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA NO OFERTARLO O CONSIDERARLO COMO OPCIONAL, COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
997194	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	CIRUGÍA PED 2) NO. 1.8 CON CUCHILLAS REUSABLES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EQUIPO MORCELADOR INALAMBRICO, DE BAJO PESO, ESTÉRIL. CUENTA CON 3 POSICIONES DE CUHILLA PARA ELEGIR, PARA AYUDAR EN LA SEGURIDAD Y EL CONTROL DURANTE LA FRAGMENTACION DEL TEJIDO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
997195	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	CIRUGÍA PED 2) NO. 1.8 CON CUCHILLAS REUSABLES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EQUIPO MORCELADOR INALAMBRICO, TOTALMENTE DESECHABLE. PUEDE UTILIZARSE TAL Y COMO SE RECIBE EN EL EMBALAJE DE MANERA ESTÉRIL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
997196	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3	ENDOURO 3) NO. 5 Y ENDOURO 4) NO. 4 URETEROSCÓPIO SEMIRRÍGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE).	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES





**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			INSTRUMENTAL	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: URETEROSCÓPIO SEMIRRÍGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 6 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). ¿SE ACEPTA? DICE...	
997197	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	ENDOURO 3) NO. 5 "URETEROSCÓPIO SEMIRRÍGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. CANAL DE IRRIGACIÓN DE 3.0 A 4.2 FR. O CHARR." Y ENDOURO 4) NO. 4 "URETEROSCÓPIO SEMIRRÍGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE)". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR PARA LOS SETS DE INSTRUMENTAL ENDOURO 3) NO. 5 Y ENDOURO 4) NO. 4: "URETEROSCÓPIO SEMIRRÍGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE)" ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
997198	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	ENDOURO 5) NO. 1.1 TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE DIÁMETRO MENOR A 7 MM O 22 FR. DIRECCIÓN VISUAL DE 0° A 30°. OCULAR ANGULADO O LATERAL. CANAL DE TRABAJO DE 3.5 MM. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. LONGITUD EN EL RANGO DE 19 A 25 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: NEFROSCÓPIO PERCUTÁNEO, VISIÓN FRONTAL DE GRAN ANGULAR 6°, OCULAR PARALELO, CON CANAL DE TRABAJO, CON CONEXIÓN LUER-LOCK PARA ALTO FLUJO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, LONGITUD 25CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
997199	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	ENDOURO 5) NO. 1.1 TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE DIÁMETRO MENOR A 7 MM O 22 FR. DIRECCIÓN VISUAL DE 0° A 30°. OCULAR ANGULADO O LATERAL. CANAL DE TRABAJO DE 3.5 MM. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. LONGITUD EN EL RANGO DE 19 A 25 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: NEFROSCÓPIO PERCUTÁNEO, VISIÓN FRONTAL DE GRAN ANGULAR 6°, OCULAR OBLICUO, CON CANAL DE TRABAJO, CON CONEXIÓN LUER-LOCK PARA ALTO FLUJO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, LONGITUD 25CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
997200	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	DICE... ENDOURO 7) NO. 2 "URETROTOMO DE 4 MM DE DIÁMETRO O 12 FR., CON CANAL DE TRABAJO DE A 5 FR. O CHARR." DEBEMOS ENTENDER QUE SE TRATA DE UN ERROR Y SE REFIERA A: URETROTOMO COMPATIBLE CON TELESCOPIO DE 4 MM DE DIÁMETRO O 12 FR., CON CANAL DE TRABAJO DE A 5 FR. O CHARR. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
997201	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	DICE... ENDOURO 7) NO. 2 "URETROTOMO DE 4 MM DE DIÁMETRO O 12 FR., CON CANAL DE TRABAJO DE A 5 FR. O CHARR." DEBEMOS ENTENDER QUE SE TRATA DE UN ERROR Y SE REFIERA A:	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			ANEXO T3 INSTRUMENTAL	URETROTOMO COMPATIBLE CON TELESCOPIO DE 4 MM DE DIÁMETRO O 12 FR., DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?	
997202	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	URO 1) NO. IQX7. APLICADOR DE CLIP DE POLÍMERO, LARGO Y EXTRA-LARGO CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLÍMERO MEDIDA EXTRA-LARGO SE REQUIERE ÚNICAMENTE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA ADULTO, ¿PODEMOS CONSIDERAR QUE SOLO SE DEBE OFERTAR EL APLICADOR PARA CLIP DE POLÍMERO EXTRA-LARGO EN EL SET CIRUGÍA 1 Y 2 ?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
997203	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	CIRUGÍA 3) NO. IQX7. APLICADOR PARA CLIP DE POLÍMERO, LARGO Y EXTRA-LARGO. CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLÍMERO MEDIDA EXTRA-LARGO NO SE REQUIERE PARA LAS CLAVES DE PROCEDIMIENTO 10.06.003 BYPASS GÁSTRICO, 10.06.032 MANGA GÁSTRICA, INCLUIDOS EN EL SET CIRUGÍA 3, ¿PODEMOS CONSIDERAR QUE EL APLICADOR PARA CLIP DE POLÍMERO, EXTRA-LARGO, NO SE REQUIERE INCLUIR EN EL SET CIRUGÍA 3?, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
997204	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	CIRUGÍA 3) NO. IQX7. APLICADOR PARA CLIP DE POLÍMERO, LARGO Y EXTRA-LARGO. CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLÍMERO MEDIDA EXTRA-LARGO SE REQUIERE ÚNICAMENTE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA ADULTO, ¿PODEMOS CONSIDERAR QUE EL APLICADOR PARA CLIP DE POLÍMERO, EXTRA-LARGO, SOLO SE REQUIERE INCLUIR EN EL SET CIRUGÍA 1 Y 2?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
997205	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	CIRUGÍA PED 1) NO. IQX136. PINZA DE DISECCIÓN TIPO MIXTER DE 3 O 5 MM., DE DIÁMETRO, REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, CON PUNTA ANGULADA, LONGITUD DE TRABAJO 20 A 33 CM.. CIRUGÍA PED 1) NO. IQX137. PINZA DE DISECCIÓN TIPO MIXTER REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, CON PUNTA ANGULADA, DIÁMETRO DE 5 MM., LONGITUD DE TRABAJO EN EL RANGO DE 31A 37 CM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI REQUIEREN UNA O DOS PINZAS DE DISECCIÓN TIPO MIXTER, YA QUE SE SOLICITA EN 2 OCASIONES EN ESTE SET.	SOLO SE REQUIERE UNA PINZA
997206	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	ENDOURO 5) NO. 1.1 TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE DIÁMETRO MENOR A 7 MM O 22 FR. DIRECCIÓN VISUAL DE 0° A 30°. OCULAR ANGULADO O LATERAL. CANAL DE TRABAJO DE 3.5 MM. AUTOCCLAVABLE. LONGITUD EN EL RANGO DE 19 A 25 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: ÓPTICA DE VISIÓN FRONTAL GRAN ANGULAR 6°, 18 CHARR., OCULAR O PARALELO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO Y CANAL DE TRABAJO DE 13,7 CHARR. CON CONEXIÓN LUER-LOCK PARA AFLUJO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
997207	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.IQX124. PINZA DE BIOPSIA Y AGARRE KENNEDY-BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY. CURVA HACIA ARRIBA 45°, CON ASPIRACIÓN, CALIBRE "1" O QUIJADAS (O PUNTA) DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 11 A 12.5 CM.(REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA DE AGARRE Y BIOPSIA KENNEDY-BLAKESLEY, CURVA HACIA ARRIBA 45°, CON CANAL DE ASPIRACIÓN, TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL 12.5CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
997208	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.IQX124. PINZA DE BIOPSIA Y AGARRE KENNEDY-BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY. CURVA HACIA ARRIBA 45°, CON ASPIRACIÓN, CALIBRE "1" O QUIJADAS (O PUNTA) DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 11 A 12.5 CM.(REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA DE BIOPSIA Y AGARRE KENNEDY-BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY. CURVA HACIA ARRIBA 45°, CON ASPIRACIÓN, CALIBRE O TAMAÑO "1" O	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES





**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				QUIJADAS (O PUNTA) DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 11 A 12.5 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). ¿SE ACEPTA?	
997209	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.IQX165. PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "1" O SEGÚN LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: FÓRCEPS NASAL BLAKESLEY, 0°, (RECTA REFERENCIA GRÁFICA), TAMAÑO 1, LONGITUD 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
997210	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.IQX166. PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKESLEY. CALIBRE "0" O QUIJADAS (O PUNTA) DE PINZA DE 5 A 7 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL RECTA BLAKESLEY, TAMAÑO 0, LONGITUD ÚTIL 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
997211	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.IQX158. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "0" Y "1", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 5 A 8 MM DE LARGO POR 2.5 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TAMAÑO 0 Y 1, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
997212	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.IQX158. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "0" Y "1", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 5 A 8 MM DE LARGO POR 2.5 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE O TAMAÑO "0" Y "1", O QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 5 A 8 MM DE LARGO POR 2.5 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
997213	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.IQX162. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 90°, TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "2" O QUIJADAS (O PUNTA) DE PINZA DE 10 A 12 MM DE LARGO POR 3 A 3.5MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE, CURVA HACIA ARRIBA 90°, TAMAÑO 2, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
997214	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.IQX161. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 90°, TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "1" O QUIJADAS (O PUNTA) DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 10 A 11 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE, CURVA HACIA ARRIBA 90°, TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
997215	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	OTORRINO 4 PED) IQX62. DISECTOR DE THOMASSIN, DOS EXTREMOS ÚTILES ACODADOS 90 GRADOS A LA DERECHA Y A LA IZQUIERDA, LONGITUD 16 A 18 CM SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: DISECTOR DE THOMASSIN, DOS EXTREMOS ÚTILES, EXTREMOS DE CURVATURA SIMPLE A LA DERECHA O IZQUIERDA, LONGITUD 18 CM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES





**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
997216	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	OTORRINO 4 PED) IQX32. CÁNULAS DE ASPIRACIÓN, CURVATURA DE, LUER-LOCK, DE 0.9 A 1 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM, CÓNICO (CÓNICO O SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TUBO DE ASPIRACIÓN CILÍNDRICO, LUER, 1MM DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD ÚTIL 9CM, CURVA (REFERENCIA GRÁFICA). DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
997217	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ANEXO T3 INSTRUMENTAL	OTORRINO 4 PED) IQX32. CÁNULAS DE ASPIRACIÓN, CURVATURA DE, LUER-LOCK, DE 0.9 A 1 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM, CÓNICO (CÓNICO O SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TUBO DE ASPIRACIÓN, 6 MM DE CURVATURA, LUER-LOCK, 0,8 MM DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 10 CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
997218	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI	EN LA LÍNEA NÚMERO 3, EN LA COLUMNA EN LA QUE SE INDICA EL NÚMERO, DICE 2 PARA LA LOCALIDAD TECÁMAC, DEBEMOS ENTENDER QUE HACE REFERENCIA A HGR 200 TECÁMAC, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
997219	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL	FAVOR DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN QUE LAS IMPORTACIONES DE LOS EQUIPOS PUEDEN GENERAR UN DESFASE ENTRE LA FECHA DE MANUFACTURA Y LA FECHA DE FACTURACIÓN DEL PRODUCTO, LOS EQUIPOS SUELEN SER FACTURADOS A PARTIR DE LA ADQUISICIÓN. POR LO QUE SOLICITAMOS SEA LA FACTURA LA QUE SE COTEJE EN CONJUNTO AL FORMATO T30 PARA SU VALIDACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD
997220	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	SE SOLICITA AMABLEMENTA A LA CONVOCANTE ENVIAR EL ARCHIVO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES EN FORMATO EDITABLE Y PDF.	SE COMPARTIRA EL ARCHIVO EN EDITABLE EN COMPRAS MX, SECCIÓN ANEXOS, ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.
997221	INTERMET SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, FAVOR DE ANEXAR EL ARCHIVO ANEXO TÉCNICO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN EN FORMATO EDITABLE.	SE COMPARTIRA EL ARCHIVO EN EDITABLE EN COMPRAS MX, SECCIÓN ANEXOS, ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.
997258	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO T1" REQUERIMIENTOS DE SMI PARA PMI	EN EL ANEXO T1 SE ESTÁ SOLICITANDO EL PROCEDIMIENTO 10.04.011 RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA/VEJIGA RTUP/RTUV/RTUC PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES: H.G.R. NO. 196, H.G.R. NO. 200, H.G.R. NO. 72, H.G.Z. NO. 197, H.G.Z. NO. 53, H.G.Z. NO. 71, H.G.Z.M.F. NO. 76. ENTENDEMOS QUE ESTE PROCEDIMIENTO NO FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO PARA LAS UNIDADES MENCIONADAS, YA QUE CON FECHA 03 DE DICIEMBRE SE RECIBIÓ OFICIO DE AMPLIACIÓN DE VIGENCIA AL 30 DE JUNIO 2026 DEL CONTRATO 050GYR028N2325-023-00, EL CUAL CONTEMPLA EL PROCEDIMIENTO 10.04.011 RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA/VEJIGA RTUP/RTUV/RTUC, PARA LAS UNIDADES CITADAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE COMPARTIRA EL ARCHIVO EN EDITABLE EN COMPRAS MX, SECCIÓN ANEXOS, ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.
997485	REPUBLICA MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CERTIFICADOS DE CALIDAD	COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-9001:2015 EN SERVICIOS INTEGRALES, A NOMBRE DEL LICITANTE, VIGENTE, EMITIDO POR ALGÚN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO, SE SOLICITA LA CONVOCANTE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION AL ENTENDER QUE EL CERTIFICADO ISO ES UN REQUISITO OBLIGATORIO Y EN CASO DE NO TENERLO SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO ?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
997486	REPUBLICA MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONSTANCIA REPIIMSS	SE SOLICITA LA CONVOCANTE INTEGRAR COMO PARTE DE LA PROPUESTA EN PUNTOS Y PORCENTAJES LA CONSTANCIA DE REPIIMSS , YA QUE TENEMOS POR ENTENDIDO QUE AL TENER ESTA CONSTANCIA SE PUEDE OBTENER UN PUNTO EXTRA ,DEPENDIENDO DE LA CALIFICACION?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
997487	REPUBLICA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	VISITA A LAS INSTALACIONES	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ELQUE LAS VISITAS A LAS UNIDADES DESCRITAS EN EL ANEXO T12 SEA OBLIGATORIA , YA QUE NOSOTROS COMO PROVEEDORES TENDRIAMOS UN AMPLIO CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES QUE TIENE CADA UNIDAD Y ASI PODER OFERTA UNA PROPUESTA CONVENIENTE PARA LE INSTITUTO	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
997497	REPUBLICA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ADJUDICACION	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI NUESTRA APRECIACION ES CORRECTA , EL PODER OFERTA 1 SOLO PAQUETE DE LOS 3 ENLISTADOS , ES CORRECTO ?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ESTA LICITACIÓN SE ADJUDICARA POR PARTIDA





SÉPTIMO.- SE PROCEDE A ENVIAR A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX, LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS POR PARTE DEL LICITANTE MENCIONADAS EN EL PUNTO ANTERIOR.

OCTAVO.- LA CONVOCANTE OTORGA EL PLAZO PARA QUE LOS LICITANTES REVISEN LAS RESPUESTAS OTORGADAS Y DERIVADO DE ELLO FORMULEN Y REMITAN POR LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX, LAS PREGUNTAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS OTORGADAS, POR LO QUE EN CASO DE QUE EXISTAN REPREGUNTAS EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS EMITIDAS, LA FECHA Y HORA LIMITE ES EL **DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO A LAS DIECIOCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS.**

NOVENO.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 46 FRACCIÓN II SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, **EN CASO DE ENVÍO DE REPREGUNTAS** SE DARÁ CONTINUIDAD CON LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS **NUEVE HORAS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.**

DÉCIMO.- EN CASO DE NO EXISTIR REPREGUNTAS Y UNA VEZ QUE SE HAN RESPONDIDO LOS PLANTEAMIENTOS DEL LICITANTE ANTERIORMENTE CITADO, **ESTA CONVOCANTE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO**, CONSIDERANDO QUE LAS RESPUESTAS QUE FUERON OTORGADAS CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE A LOS CUESTIONAMIENTOS O DUDAS Y QUE SE LES PROPORCIONÓ TODA LA INFORMACIÓN Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 46 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DÉCIMO PRIMERO.- EN RAZÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN ESTE ACTO SE RATIFICA EL CALENDARIO DE LOS EVENTOS SUBSECUENTES DE ESTA LICITACIÓN, QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

PROGRAMA DE ACTOS			
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Presentación y Apertura de Proposiciones.	29 de diciembre de 2025	15:30 horas	SOLO A TRAVÉS DE COMPRAS MX



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

PROGRAMA DE ACTOS			
EVEN TO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de Fallo de la Licitación.	30 de diciembre de 2025	16:00 horas	SOLO A TRAVÉS DE COMPRAS MX
Firma de Contrato	31 de diciembre del 2025		Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos (MFIJ)

DÉCIMO SEGUNDO.- EN USO DE LA PALABRA LA REPRESENTANTE DEL ÁREA DE AUDITORÍA, ÁREA DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES REGIÓN 10 ESTADO DE MÉXICO ORIENTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS, EMITE COMENTARIOS MEDIANTE OFICIO NO. **SABG/OICGYR/AIDI10/2137/2025** DE FECHA **18 DE DICIEMBRE DEL 2025**, RECIBIDO EN LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EL **19 DE DICIEMBRE DEL 2025**; ASIMISMO, SE MANIFIESTA LO SIGUIENTE: -----



2025
Año de
La Mujer
Indígena



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÁREA DE AUDITORÍA, ÁREA DENUNCIAS E INVESTIGACIONES
OFICINA REGIONAL 10 ESTADO DE MÉXICO
Oficio No. SABG/OICGYR/AIDI10/2137/2025

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 18 de diciembre de 2025

Mtro. Miguel Angel Velasco Casarrubias
Encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional
Estado de México Oriente del IMSS
Presente

En atención al correo electrónico enviado por la C. Karla Mendoza Carbajal, Responsable de Proyectos del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, recibido el 18 de diciembre de 2025, esta autoridad fiscalizadora y sus representantes manifiestan lo siguiente:

Comentario OIC "Junta de Aclaraciones"

Respecto al procedimiento de contratación, siguiente:

LA-50-GYR-050GYR028-N-25-2026 SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026, A FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE.

Con fundamento en el artículo 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dispone que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, párrafo quinto del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En este acto, se hace constar que mediante oficio número SABG/OICGYR/AIDI10/1990/2025 de fecha 05 de diciembre del año en curso, se hizo del conocimiento del área contratante a través de la persona servidora pública facultada para llevar los actos del presente procedimiento de contratación, los comentarios de carácter general al procedimiento de contratación, derivado de convocatoria del Subcomité Revisor de Convocatorias en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertare.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 43 y 44 de la Ley; 91, fracción III, de su Reglamento, se solicita a los representantes del área contratante, área requirente y/o técnica, en el ámbito de sus facultades a dar respuesta de forma clara y precisa a las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y sus anexos.

Se sugiere considerar todas y cada de las solicitudes de aclaración por parte de los participantes, para que se tomen las previsiones correspondientes en cuanto a las posibles modificaciones susceptibles de realizarse a la Convocatoria del procedimiento de contratación y sus anexos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43, de la LAASSP y conforme al tramo de responsabilidad de cada una de las áreas contratante, requirente y/o técnica.

Por otra parte, se les solicita a todas las Áreas Requirentes, Técnicas, Administradoras, Contratantes, etc., del OOAD EMO, que en cualquier parte de los Procedimientos de Adjudicación de conformidad al Artículo 35 de la "LAASSP", así como lo señalado en el Numeral, 4.2.2.1.15 Evaluación de los aspectos legales de las proposiciones del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, consultar en Compras MX para verificar que los licitantes no se encuentren inhabilitados para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley, sin perjuicio de la revisión que, en su caso, se realice al DOF. (Se sugiere, realizar dicha actividad y tener la evidencia documental que acredita tal acción, "pantalla", "consulta", etc., y presentarla e integrarla al expediente en cuestión).

[Firma manuscrita]



2025
Año de
La Mujer Indígena

Sede del Área de Auditoría, de Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social
Recursos Hidráulicos número 2, Colonia La Loma, C.P. 54060, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.



2025
Año de
La Mujer Indígena



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÁREA DE AUDITORÍA, ÁREA DENUNCIAS E INVESTIGACIONES
OFICINA REGIONAL 10 ESTADO DE MÉXICO
Oficio No. SABG/OICGYR/AIDI10/2137/2025

Es importante resaltar que deberán apegarse al "ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", en el Artículo Quinto y Artículo Sexto y Artículo Séptimo.

Es importante resaltar que de acuerdo con los POBALINES en el numeral 4.24.4 incisos f y g se deberá realizar visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.

Conforme con lo anterior, se deberá revisar el DOF, el Directorio de Proveedores Inhabilitados de la SABG, y si algún participante se encuentra inhabilitado, se debe hacer el señalamiento al área contratante y/o convocante.

Es importante señalar que como evidencia de nuestra participación en este evento, los presentes comentarios deberán quedar debidamente asentados en el Acta correspondiente.

Así mismo, por tratarse de un evento de carácter electrónico y conforme a los medios remotos de comunicación electrónica en la plataforma digital de contrataciones públicas denominada COMPRASMX, se solicita considerar como participante a su servidora, con los datos siguientes:

Nombre: Leticia Robles Mendoza
RFC: ROML710118JT6
Puesto: Coordinadora Regional OIC IMSS
Email: Leticia.robles@imss.gob.mx

Atentamente

Dra. en D. Leticia Robles Mendoza
TITULAR

C.c.p. Mtro. Aunard Agustín De La Rocha Walte, Encargado de la Jefatura de Servicios Administrativos Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente. -Para su conocimiento y efectos legales.
Lic. Julio Montero Puertos Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente. -Para su conocimiento y efectos legales.

Expediente y Minutario.

ERVD/



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Sede del Área de Auditoría, de Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social
Recursos Hidráulicos número 2, colonia La Loma, C.P. 54060, Tlalnepan de Baz, Estado de México.



2025
Año de
La Mujer
Indígena



-----**CIERRE DEL ACTA**-----

PRIMERO.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA SIENDO LAS **ONCE HORAS** DEL DÍA DE INICIO.--

SEGUNDO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y CON EL NUMERAL III. DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO POR EL IMSS: -----

LIC. JULIO MONTERO PUERTOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

MTRO. MARCO ANTONIO RAFAEL ROMÁN SÁNCHEZ

JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

VICTOR MANUEL LOBATO PEREZ

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

DRA. VERÓNICA CRISTINA RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD

LIC. JESUS ARMANDO RODRIGUEZ BACA

COORDINADOR AUXILIAR OPERATIVO ADMINISTRATIVO
ÁREA REQUERENTE Y TÉCNICA

DRA. EN D. LETICIA ROBLES MENDOZA

TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA; ÁREA DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES REGIÓN 10
ESTADO DE MÉXICO ORIENTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ANTECEDEN INTERVINIERON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DE LA **LA-50-GYR-050GYR028-N-25-2026 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026, A FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE.**-----





CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR028-N-25-2026|VICTOR MANUEL LOBATO PEREZ|LOPV911223BY7|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|6f2fe8c9b467a4e515f14de3b4e4a02565efce8c4bc44f9f1ea2f8fed8330731|19-12-2025 13:09:07||

FIRMA ELECTRÓNICA:
WwLWStFo525mqmIpsIVsyUY/LbX8gltn6KqHmskTD80RKA8vUL18t8u3NwPXA0dQjEmJkX2w3aSLJ48D30/RVwiQJHeUtPc/H5gTuKjUp7d9PBC12rnm9xyp1bSD+/CT86tLlZmu44KEzqMFY++Ukwn0a0ab2d5kV16hYZ4glGe0CNo18+K5ItRDlcGahH9ya1ME79o+vXudga3Nhw5RN9UKgCLJB2oC6KbHvapQUKHd6lVnd4duMY6RW1UI4AdAPLQUd1Jbf+r/yN6ccLYf/ZZ+opu4Vv0gs40HLA1cWqhcPqGkKw1RbxrFBD6x+ohv4hXfp6GkGqLi0uSatTjw==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
eb8da12b-28d4-4b59-8bba-804afd37dce4



CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR028-N-25-2026|JULIO MONTERO PUERTOS|MOPJ760312DRA|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|6f2fe8c9b467a4e515f14de3b4e4a02565efce8c4bc44f9f1ea2f8fed8330731|19-12-2025 13:09:21||

FIRMA ELECTRÓNICA:
dxTfsrK6ehXNYy33W9b4Hwk5MSROBKeIS3u8Atm+8rLEykmIRinq6EZB1+o+hXIw+wgdcLV04Xpa0bLitexyFCZq1LxJE97v6f1lntdUaWwppbB2yeqeX0XI05P5d/TFXwmh4eNoQnU17EayXbsFGB2j4FundsAU/3njz0wnXMASlHaCj8AbtXV0QZyhm0N1zS+drUluQlosPIwpuqnY7JKNbA9MP0bD4Nidzh10Yz+xVSvntyxGT0cUnpUe5exWmEoxbQ6x8ngj/4PGl14L9qwdUGALTmjlfzkn80ohfJy0wtne9LMA0fks66gmgs03n6ch/135tMS4YL5A==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
785c141d-0448-4c75-ba64-87774bc9d360



CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR028-N-25-2026|JESUS ARMANDO RODRIGUEZ BACA|ROBJ750606GH1|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|6f2fe8c9b467a4e515f14de3b4e4a02565efce8c4bc44f9f1ea2f8fed8330731|19-12-2025 12:52:50||

FIRMA ELECTRÓNICA:
qd359xquyJfD82sLIhQlnVPF0USHFJEIhD4ugKxgISX4hIOCUUQ7xNK1w9TVU3l3QpL37vf8T9kppX2eNGHHKCNLhf1Y213EbuQH1rWGLAFj99/o/DU1nHz2CmRmtueBgvrVU3W7egNcUK4Y06/1fzk/qSYECNXYA0KRHjH1PtUeTAxcKnI3wC2M2dMLC10b0sJQazZ0dpX7cu0LewZ7iXELJMAL9IdCpLwdoUkg53z5jWfFY0KmqXbt9qpPZZ7swE00yZnCrB9MRW60H1KZ3KsId3dVqlZEA3Aa3nhFA0M61PF4Q1jGXU4FmHYACLRI2AHjRNY1etF/7C1F9uQ==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
269ff171-2431-4fdb-a266-7e7cc277aa28



CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR028-N-25-2026|LETICIA ROBLES MENDOZA|ROML710118JT6|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|6f2fe8c9b467a4e515f14de3b4e4a02565efce8c4bc44f9f1ea2f8fed8330731|19-12-2025 12:58:38||

FIRMA ELECTRÓNICA:
WY6t0bE1LN+rxt7LXHpdB24sEa36U0gI8vke6CYhfhrRHep8/mdzZF0jpxDgJhuY08ZnA1PwofbAesKgVtU1+ZcOCx3hgS/8marEqlofoZ07onuV1lJmGkH885+A2PQv7/7KaKgUxtduwGgejw+I40GzjdtPnJub6u9xvJi1BVqf7Gh1MtDvgTcXQEMnXh/CwzPjd9kFC0Qf3t6mhIdo00HTXAECLPXxyZCI+U0MfLto94LBVoxrKqUSQ10zVP8K2HMKhQ0Xxy81bWuI9wS9ScyfzcpJsdzEkMhc1eGJ3b4JviphDFbWHZQH61wrElde/9/Be8a3C0q43LNLn1ljg==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
e5d14616-f871-40a5-b8fb-74e04fc8a072



CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR028-N-25-2026|MARCO ANTONIO RAFAEL ROMAN SANCHEZ|ROSM7601048G5|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|6f2fe8c9b467a4e515f14de3b4e4a02565efce8c4bc44f9f1ea2f8fed8330731|19-12-2025 12:47:43||

FIRMA ELECTRÓNICA:
VieI31xnqDsH3njugUnWpf10+uSelLtnXn90q+2nc94B4EbR1upHkNgor9R2/KvmwyKIY0YU0qTF8ChRlF08sFmpxEmI0XXZm91PyC0Stdev0UPyaS0s3M2W9Gy59ndPE6hNJAPK6zI2w9EMvt0k1NLEsmG66dJ9nzS6KPvgzBZGqWVccutY0Kx08tat1NPxs1wex3FQoLk/wR1cLlpSnMhvt0tjMmFryg0uLzGPPQy9LPKRxxmYEVQuGMEjaPMsIzWQw+jaE/gH20letT3LD/EEYhp2X1V5dxtj1yYNYQ6Wq1Bo2LzK9aHaJf/jLIZlJvP+VCuopbz2rMq/H1Q==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
0a895878-28bd-47e4-bf69-a88241755cd0



CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR028-N-25-2026|VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV|VIN011206P16|PROVEEDOR|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|6f2fe8c9b467a4e515f14de3b4e4a02565efce8c4bc44f9f1ea2f8fed8330731|19-12-2025 12:50:43||

FIRMA ELECTRÓNICA:
nnXUczx/QUA40v0mD71bbxVUGC6CwDJZShQrTctB6Y+ULjdyd1rh02apb6qtKB+SoUayrq0D6eVv1kfberwhn01w7KzLJfZ6zoqKns8pPkmU+F1bEm85j5nittd+9t0EiQTBc26xyxqNmmn0Iuq9wKoJUGjncv+30kTK+IwzMO9ZHn0R9hBJ4Hb+sDlZLhX1KbpFt2gYnvbk8mLA73sohJ01sFJV56pTXs5qVh1Vsasat8Cvd1qigruaV6pjmLc1ouFXEkx/6J3BV5LXw9t40r1Zba0kd/83X/nhXLSxPJ9kSot9KXIZppu+EUawu9rE3jW0I6JDSdpA0qlQ==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
259dee60-0c04-4ed1-88c3-35c5f7e218b8

El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

