



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LA-50-GYR-050GYR027-N-76-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DE AIRE DE LA PLANTA DE LAVADO REGIONAL LEON, HGSZ 20 Y MANTENIMIENTO A COMPRESOR GRADO MEDICO DE LA UMF NO. 59

En la Ciudad de León Guanajuato, siendo las **13:00 horas** del día **18 de Marzo de 2026**, de conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 90 y 91 del reglamento de la Ley; en el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle Suecia esquina con España S/N, Colonia Los Paraísos; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de la **Junta de Aclaraciones** a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 36, 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 90 y 91 de su Reglamento de la Ley, así como del **numeral 3.4** de la Convocatoria al rubro citada.

Este acto fue presidido por la Licenciada Nohemi Patricia Rangel Diaz, Servidora Pública facultada por la Convocante, en apego al numeral 5.3.8 b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, vigentes por acuerdo de H. Consejo Técnico mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.260923/271.P.DA., quien al inicio de esta junta, comunicó a los funcionarios que de conformidad con el artículo 44 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, Compras MX, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan publicado con 24 horas de anticipación a este acto es decir, hasta las **13:00 horas del día 17 de marzo de 2026**, caso contrario, las solicitudes de aclaración que sean publicadas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas de conformidad con el Artículo 91 fracción IV del Reglamento de la Ley.

Quien preside el acto, es asistido por el representante de la **Jefatura de Servicios Jurídicos**, por el Representante del Área del **Órgano Interno de Control**, por el representante del **Área Técnica Requirente del Departamento de Conservación y Servicios Generales**; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, en correlación con los artículos 2, fracción III y 91 fracción III del Reglamento; así mismo, se informa que el Área Contratante, responderá las solicitudes de aclaración de carácter legal y administrativo; todos los nombres y firmas de los funcionarios que participan, constan al final de la presente Acta.

Acto seguido, quien preside dio inicio señalando que una vez verificado la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominado Compras MX, y consultando el expediente número **E-2026-00014893** número de procedimiento **P-2026-00011485**, asienta que **se recibieron** en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria a través de la Plataforma Compras MX, de conformidad con lo siguiente:-----

SIN TEXTO



Procedimiento LA-50-GYR-050GYR027-N-76-2026

Código del expediente E-2026-00014893	Número de procedimiento de contratación ⓘ LA-50-GYR-050GYR027-N-76-2026	Estatus del procedimiento de contratación ⓘ VICENTE 3A
Código interno del procedimiento P-2026-0001485	Nombre del procedimiento de contratación MANTENIMIENTO COMPRESORES DE AIRE PLANTA DE LAVADO HCSZ 20 UMF 59 2026	
Licitantes que han presentado proposición: 0		

Datos GeneralesRequerimientosSolicitudes de aclaraciónProposicionesEvaluaciónConfiguración de OSDFalloDatos relevantes del contratoBilámina de acciones

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones *
18/03/2026 13:00

Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compras MX *
17/03/2026 13:00

Empresas que han manifestado interés en participar

Q BUSCAR

Exportar listado

Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Regrepuntas
1	ANGEL RAUL JIMENEZ LOPEZ	12/03/2026 15:40				
2	BLAGSTER SAS DE CV	17/03/2026 09:35				
3	GRUPO COMSERCON SA DE CV	12/03/2026 17:22				
4	ITSE INGENIERIAS TERMICAS Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO SA	13/03/2026 15:54				
5	MANTENIMIENTO FEMOR SA DE CV	13/03/2026 19:36	13/03/2026 19:37			
6	SIAM AUTOMATIZACION Y COMPRESORES SA DE CV	12/03/2026 16:50				
7	TECNOCUATRO SAS DE CV	15/03/2026 13:44				
8	TRIMAPE SA DE CV	12/03/2026 09:16				

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR027-N-76-2026

Código del expediente
E-2026-00014893

Número de procedimiento de contratación ⓘ
LA-50-GYR-050GYR027-N-76-2026

Estatus del procedimiento de contratación ⓘ
VICENTE 3A

Código interno del procedimiento
P-2026-0001485

Nombre del procedimiento de contratación
MANTENIMIENTO COMPRESORES DE AIRE PLANTA DE LAVADO HCSZ 20 UMF 59 2026

Licitantes que han presentado proposición:
0

Datos GeneralesRequerimientosSolicitudes de aclaraciónProposicionesEvaluaciónConfiguración de OSDFalloDatos relevantes del contratoBilámina de acciones

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones *
18/03/2026 13:00

Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compras MX *
17/03/2026 13:00

+ Carga masiva

Q BUSCAR

Listado de Preguntas

Núm.	Licitante ⓘ	Tipo de aclaración ⓘ	Sección de la convocatoria	Aclaración	Electrónica	Fecha de envío ⓘ	Respuesta	Acciones
1	MANTENIMIENTO FEMOR SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXO XIX PROPOSICION ECONOMICA	EN EL CATALOGO SE CONTEMPLAN 3 INSTALACIONES SIN EMBARGO EN EL ANEXO XIX PROPOSICION ECONOMICA NO APARECE LA UMF 59 CELAYA	SI	16/03/2026 20:31		Responder
2	MANTENIMIENTO FEMOR SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO NUMERO I	EN LA PARTIDA I NO SE ESPECIFICAN MARCAS DE LOS COMPRESORES NI MODELOS EN LA PARTIDA II EL TIPO DE COMPRESORES ES RECIPROCANTE O SCROLL EN LA PARTIDA III NO SE ESPECIFICA MARCA Y SI ES RECIPROCANTE O SCROLL	SI	16/03/2026 20:31		Responder
3	MANTENIMIENTO FEMOR SA DE CV	OTROS	BASES	EN LA COTIZACION SE ESPECIFICA QUE SE DEBERAN CONSIDERAR TODAS LAS REPARACIONES YA SEAN PREVENTIVAS O CORRECTIVAS, CUAL ES EL GRADO DE DESGASTE DE LOS COMPRESORES PARA CONSIDERAR SU PORCENTAJE DE CAMBIO EN CADA EQUIPO Y PODER ESTRUCTURAR LOS PRECIOS	SI	16/03/2026 20:31		Responder

3 registro(s) encontrado(s) << < 1 > >>

No.	Nombre, razón o denominación Social	Manifiesto de interés en participar	Solicitud de Aclaración	Número de Solicitudes
1	ANGEL RAUL JIMENEZ LOPEZ	No	No	0
2	BLAGSTER SAS DE CV	No	No	0
3	GRUPO COMSERCON SA DE CV	No	No	0
4	ITSE INGENIERIAS TERMICAS Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO SA	No	No	0
5	MANTENIMIENTO FEMOR SA DE CV	Si	Si	3





No.	Nombre, razón o denominación Social	Manifiesto de interés en participar	Solicitud de Aclaración	Número de Solicitudes
6	SIAM AUTOMATIZACION Y COMPRESORES SA DE CV	No	No	0
7	TECNOCUATRO SAS DE CV	No	No	0
8	TRIMAPE SA DE CV	No	No	0

1. ACLARACIONES/PRECISIONES A LA CONVOCATORIA.

El Área técnica requirente y contratante, manifiesta que desea efectuar alguna precisión y/o aclaración a la convocatoria, las cuales se contienen en el **Anexo número I** quedando asentado en la presente acta.-----

2. CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los licitantes, así como las respuestas otorgada por la Convocante, las cuales se contienen en el **Anexo número I** de la presente acta, de la misma manera se publica en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominado Compras MX, que contiene la respuesta otorgadas por la convocante.-----

De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley y 91 fracción I del Reglamento, a través de la presente se envían por la Plataforma Compras MX, las respuestas emitidas a las solicitudes de aclaración; así mismo, se informa a los licitantes que se otorga un plazo de **seis (6) horas** contados a partir de la publicación de la presente acta, para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias en relación con las precisiones y respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo a que se refiere dicho precepto. Una vez que sean recibidas las preguntas a las precisiones y respuestas dadas a los cuestionamientos. Se dará a conocer las repuestas a las preguntas (**repreguntas**), recibidas el día **19 de marzo de 2026** a las **10:00 horas** -----

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento, así como sus respectivos anexos y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 50 de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, esta acta en las oficinas Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicada en calle Suecia esquina con España s/n, Colonia Los Paraísos, del Municipio de León, Guanajuato, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, enterarse de su contenido. Así mismo, se difunde un ejemplar de la presente acta de Junta de Aclaraciones en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominado Compras MX, <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx>, para efectos de la notificación y en términos de los artículos 5 fracción XI, 50 de la Ley y 91 de su Reglamento, dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las **17:00 horas** del día **18 de marzo de 2026**, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta, quienes reciben copia de la misma.-----



Esta acta consta de **Anexo I y Anexo II**, con un total de **02 hojas útiles por ambos lados y una más por su anverso.**

**FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN:
POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

Nombre	Área
Lic. Nohemi Patricia Rangel Diaz	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
C.P. Jorge Luis Pantoja Padilla	Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Lic. Alejandro Aguilar Raya Elaboró Acta	Líder de Proyectos C Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Ing. Eduardo Gerardo Moreno Cabadas	Departamento de Conservación y Servicios Generales
Lic. Cesar Adan Cordoba Escobedo	Representante de Jefatura Jurídica

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre	Área	Oficio
C.P. José Robledo Guzmán	Representante del Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades	Oficio de Invitación 119001-1501001/ADQ/0164/2026

SIN TEXTO





Anexo I. Aclaraciones/Precisiones a la Convocatoria

Se publica en la Plataforma Copras MX, el **Anexo número XIX Propuesta Económica**.

La cual los Licitantes deberán considerar para le elaboración de su Propuesta Económica.

Anexo II. Respuestas a solicitudes de Aclaración.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1048135	MANTENIMIENTO FEMOR SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXO XIX PROPOSICION ECONOMICA	EN EL CATALOGO SE CONTEMPLAN 3 INSTALACIONES SIN EMBARGO EN EL ANEXO XIX PROPOSICION ECONOMICA NO APARECE LA UMF 59 CELAYA	SE DA RESPUESTA EN ACLARACIONES GENERALES
1048138	MANTENIMIENTO FEMOR SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO NUMERO I	EN LA PARTIDA I NO SE ESPECIFICAN MARCAS DE LOS COMPRESORES NI MODELOS EN LA PARTIDA II EL TIPO DE COMPRESORES ES RECIPROCANTE O SCROLL EN LA PARTIDA III NO SE ESPECIFICA MARCA Y SI ES RECIPROCANTE O SCROLL	PARA LA PARTIDA I LA MARCA ES WAYNE, MODELO W-84012-H; PARA LA PARTIDA II ES TIPO RECIPROCANTE; PARA LA PARTIDA III NO CUENTA CON MARCA NI MODELO ES UN EQUIPO ANTIGUO Y ES TIPO RECIPROCANTE
1048141	MANTENIMIENTO FEMOR SA DE CV	OTROS	BASES	EN LA COTIZACION SE ESPECIFICA QUE SE DEBERAN CONSIDERAR TODAS LAS REFACCIONES YA SEAN PREVENTIVAS O CORRECTIVAS, CUAL ES EL GRADO DE DESGASTE DE LOS COMPRESORES PARA CONSIDERAR SU PORCENTAJE DE CAMBIO EN CADA EQUIPO Y PODER ESTRUCTURAR LOS PRECIOS	TODOS ESTAN INSTALADOS EN DIFERENTES HOSPITALES, LOS HOSPITALES TRABAJASN 24 HRS. 365 DIAS DEL AÑO. SON LOS DATOS QUE TE PUEDO DAR PARA QUE CALCULES LOS DESGASTES QUE SOLICITAS

-----FIN DE ACTA-----