



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

En la Ciudad de León Guanajuato, siendo las **10:00 horas** del día **04 de Junio de 2025**, de conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 46 del reglamento de la Ley; en el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle Suecia esquina con España S/N, Colonia Los Paraísos; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de la **Junta de Aclaraciones** a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 36, 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 46 de su Reglamento de la Ley, así como del **numeral 12.4** de la Convocatoria al rubro citada.

Este acto fue presidido por la Maestra Agustina Olalde Lastiri, Servidora Pública facultada por la Convocante, en apego al numeral 5.3.8 b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, vigentes por acuerdo de H. Consejo Técnico mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.260923/271.P.DA., quien al inicio de esta junta, comunicó a los funcionarios que de conformidad con el artículo 44 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, Compras MX, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan publicado con 24 horas de anticipación a este acto es decir, hasta las **10:00 horas del día 03 de junio de 2025**, caso contrario, las solicitudes de aclaración que sean publicadas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas de conformidad con el Artículo 46 fracción VI del Reglamento de la Ley.

Quien preside el acto, es asistido por el representante de la **Jefatura de Servicios Jurídicos**, por el Representante del Área del **Órgano Interno de Control**, por el representante del **Área Técnica Requirente de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas**; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, en correlación con los artículos 2, fracción III y 46 fracción V del Reglamento; así mismo, se informa que el Área Contratante, responderá las solicitudes de aclaración de carácter legal y administrativo; todos los nombres y firmas de los funcionarios que participan, constan al final de la presente Acta.

Acto seguido, quien preside dio inicio señalando que una vez verificado la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominado Compras MX, y consultando el expediente número **E-2025-00016256** número de procedimiento **P-2025-00031896**, asienta que **se recibieron** en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de Compras MX, de conformidad con lo siguiente:-----

SIN TEXTO





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

Table with 3 columns: Código del expediente, Número de procedimiento de contratación, Estatus del procedimiento de contratación, Código interno del procedimiento, Nombre del procedimiento de contratación.

Licitantes que han presentado propuestas: 0

Datos Generales, Requerimientos, Solicitudes de aclaración, Preguntas, Respuestas, Códigos de clasificación, Actos, Datos generales de licitación, Biblioteca de actores

DATOS DEL ENTE CONTRATANTE

DATOS GENERALES

CRONOGRAMA DE EVENTOS

Table with 3 columns: Fecha y hora de publicación, Fecha y hora de presentación y apertura de propuestas, Lugar de apertura de propuestas, Fecha y hora de junta de aclaraciones, Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compras MX, Lugar de la junta de aclaraciones, Plazo del procedimiento de contratación, Justificación del plazo recortado, Documento de justificación, Fecha y hora del acto del fallo, Lugar del acto del fallo, Fecha estimada del inicio del contrato.

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Table with 2 columns: Fecha y hora de junta de aclaraciones, Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compras MX.

Empresas que han manifestado interés en participar

BUSCAR

Exportar listado

Table with 7 columns: Núm., Licitante, Fecha y hora de registro en el procedimiento, Fecha de expresión de interés, Manifiesto, Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones, Acuse(s) de Repreguntas. Contains 10 rows of data.

1 2 3 4 5 10





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones: 04/06/2025 10:00
Fecha y hora limite para envio de aclaraciones a través de Compras MX: 03/06/2025 10:00

Empresas que han manifestado interés en participar

Q BUSCAR

Exportar listado

Table with 7 columns: Núm., Licitante, Fecha y hora de registro en el procedimiento, Fecha de expresión de interés, Manifiesto, Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones, Acuse(s) de Repreguntas. Contains 20 rows of bidder information.

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones: 04/06/2025 10:00
Fecha y hora limite para envio de aclaraciones a través de Compras MX: 03/06/2025 10:00

Empresas que han manifestado interés en participar

Q BUSCAR

Exportar listado

Table with 7 columns: Núm., Licitante, Fecha y hora de registro en el procedimiento, Fecha de expresión de interés, Manifiesto, Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones, Acuse(s) de Repreguntas. Contains 10 rows of bidder information.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones
04/06/2025 10:00

Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compras.MX
03/06/2025 10:00

Empresas que han manifestado interés en participar

Buscar

Exportar listado

Table with 7 columns: Hén., Licitante, Fecha y hora de registro en el procedimiento, Fecha de expresión de interés, Manifiesto, Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones, Acuse(s) de Repreguntas. Lists companies like SIEMENS HEALTHCARE, SUMINISTROS PARA USO MEDICO, etc.

Table with 5 columns: No., Nombre, razón o denominación Social, Manifiesto de interés en participar, Solicitud de Aclaración, Número de Solicitudes. Lists 21 companies and their participation status.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

Table with 5 columns: No., Nombre, razón o denominación Social, Manifiesto de interés en participar, Solicitud de Aclaración, Número de Solicitudes. Rows 23-36.

1. SUSPENSION.

Siendo las 10:00 horas del 06 de Junio de 2025, después de haber concluido las suspensiones de la Junta de Aclaraciones determinada por la Convocante a petición del Área Técnica/Requirente, se reanuda la suspensión determinada, para continuar con el acto de Junta de Aclaraciones citada al rubro.

2. ACLARACIONES/PRECISIONES A LA CONVOCATORIA.

El Área técnica requirente y la Convocante, manifiestan que desean efectuar alguna precisión y/o aclaración a la convocatoria, por lo que, que dado el volumen de la información se adjunta a la letra, como Anexo Número I a la presente acta.

3. CONTESTACION A LAS SOLICITUDES DE ACLARACION.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los licitantes, así como las respuestas otorgada por la Convocante, las cuales se contienen en el Anexo número II de la presente acta, de la misma manera se publica en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominado Compras MX, que contiene la respuesta otorgadas por la convocante.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley y 46 fracción II del Reglamento, a través de la presente se envían por Compras MX las respuestas emitidas a las solicitudes de aclaración; así mismo, se informa a los licitantes que se otorga un plazo de seis (6) horas contados a partir de la publicación de la presente acta, para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias en relación con las precisiones y respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo a que se refiere dicho precepto. Una vez que sean recibidas las preguntas a las precisiones y respuestas dadas a los cuestionamientos. Se dará a conocer las





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

repuestas a las preguntas (repreguntas), recibidas a las 10:00 horas del 9 de junio de 2025.

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento, así como sus respectivos anexos y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 50 de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta acta en las oficinas Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicada en calle Suecia esquina con España s/n, Colonia Los Paraísos, del Municipio de León, Guanajuato, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Así mismo, se difundirá un ejemplar de la presente acta de Junta de Aclaraciones en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominado Compras MX, <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx>, para efectos de la notificación y en términos de los artículos 5 fracción XI, 50 de la Ley y 49 de su Reglamento, dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las 10:45 horas del día 6 de junio de 2025, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta, quienes reciben copia de la misma.

Esta acta consta de Anexo I y Anexo II, con un total de 57 hojas útiles por ambos lados y una más por su anverso.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Nombre	Área	Firma
Lic. Nohemi Patricia Rangel Diaz	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento	
Maestra Agustina Olalde Lastiri	Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
C.P. Jorge Luis Pantoja Padilla	Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Ing. Monica Leticia Pacheco Rios	Coordinación Biomédica OOAD	
Ing. Naomi Omayra Acevedo Mancera	Coordinación Biomédica OOAD	





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

Nombre	Área	Firma
Lic. Cesar Adan Cordoba Escobedo	Representante de Jefatura Jurídica	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre	Área	Firma
Lic. Daniel Ruiz Reynaud	Representante del Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades	Oficio de Invitación 119001-1501001/ADQ/0357/2025

SIN TEXTO





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS


LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ANEXO I. Aclaraciones/Precisiones Técnicas, Legales-Administrativas.

Precisiones Técnico-Médicas.

No. consecutivo	Numeral	DICE	ACLARACION (DEBE DECIR)
1	CONVOCATORIA 3. Plazo, lugar y condiciones de entrega de los bienes TERMINOS Y CONDICIONES b) Plazo y lugar de entrega del bien:	El plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto será máximo de 60 días naturales El plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto será máximo de 120 días naturales	El plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto será máximo de 60 días naturales. SIN AMPLIACIÓN DE TIEMPO DE ENTREGA.
2	Cédula de descripción técnica Partida 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	1.1.1 Montaje de dos vaporizadores con sistema de exclusión	1.1.1 Montaje de dos vaporizadores con sistema de exclusión. Se solicitan vaporizadores para Sevoflurano y Desflurano
3	3.4 Evaluación Técnico Médica Numeral 4.	Se verificará la correspondencia entre lo solicitado en la Cédula de Especificaciones Técnica y las características que señale el licitante en la "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" (Anexo Técnico I) y en su caso el software en español, con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento.	SE ACLARA Y ENFATIZA EL NUMERAL Todas las características que oferten deberán contar con sustento para verificación de cumplimiento mediante las opciones que brinda la convocante: FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
4	3.6 Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes.	Anexo Técnico 9 "Formato de Carta Relativo a instalación/desinstalación y adecuación de espacios físicos"	9. Formato de Carta Relativo a instalación/desinstalación y adecuación de espacios físicos"
5	Términos y Condiciones PARTIDA 1	No aplica.	Se agrega 10. El proveedor adjudicado deberá: - Realizar toda instalación eléctrica, del equipo principal y equipos periféricos relacionados con la puesta a punto del equipo principal. - En la sala, aplicar mortero con varita de plomo que cumpla con la NOM-229-SSAL-2002 y de acuerdo a la tecnología asignada. - En la sala asociado al punto anterior, realizar acabados en el local donde se





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

No. consecutivo	Numeral	DICE	ACLARACION (DEBE DECIR)								
6	Términos Y Condiciones PARTIDA 1	No aplica.	instalará el equipo, similares o mejoradas a las instalaciones del Instituto. - Instalar puerta plomada para entrada del local donde se instalará el equipo que cumpla con la NOM-229-SSA1-2002 y de acuerdo a la tecnología asignada. - Proveer los servicios de conectividad informáticos. Se agrega 9. El proveedor adjudicado deberá entregar el resultado del levantamiento de niveles de radiación a la administradora de contrato máximo a los 10 días hábiles de haber iniciado la puesta en marcha del equipo. Deberá contener: • Elaboración de Pruebas de Control de Calidad • Levantamiento de niveles • Memoria Analítica								
10	2.3 Criterio de evaluación de proposiciones. Criterio Puntos y Porcentajes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th> <th>SUB RUBRO</th> <th>PUNTAJE MÁXIMO</th> <th>DOCUMENTOS QUE DEBERA ACOMPAÑAR SU PROPUESTA TÉCNICA PARA EFECTO DE SU COFEJO Y VERIFICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">A3 Visita a Instalaciones Institucionales.</td> </tr> </tbody> </table>	RUBRO	SUB RUBRO	PUNTAJE MÁXIMO	DOCUMENTOS QUE DEBERA ACOMPAÑAR SU PROPUESTA TÉCNICA PARA EFECTO DE SU COFEJO Y VERIFICACION	A3 Visita a Instalaciones Institucionales.				A3 Visita a Instalaciones Institucionales.
RUBRO	SUB RUBRO	PUNTAJE MÁXIMO	DOCUMENTOS QUE DEBERA ACOMPAÑAR SU PROPUESTA TÉCNICA PARA EFECTO DE SU COFEJO Y VERIFICACION								
A3 Visita a Instalaciones Institucionales.											
10	3.5 Evaluación Técnico-Administrativa. Puntaje de la Evaluación Técnica	<p>A2 Visita a Instalaciones Institucionales.</p> <p>A1. Especificaciones y requisitos técnicos El total de las características del equipo objeto de la propuesta técnica, en apego a la "Cédula de especificaciones técnicas incluyendo las que se derivan de las Juntas de Aclaraciones, son de cumplimiento obligatorio, por lo que: El incumplimiento de alguna especificación y/o requisito Técnico Médico, se desechará la proposición, por lo que se le otorgarán 0 (cero) puntos. El cumplimiento total de las especificaciones y/o requisitos Técnicos Médicos solicitados, se determinará como Proposición Técnica Médica Solvente, por lo que se le otorgarán 24 (veinticuatro) puntos.</p>	<p>A1. Especificaciones y requisitos técnicos El total de las características del equipo objeto de la propuesta técnica, en apego a la "Cédula de especificaciones técnicas incluyendo las que se derivan de las Juntas de Aclaraciones, son de cumplimiento obligatorio, por lo que: El incumplimiento de alguna especificación y/o requisito Técnico Médico, se desechará la proposición, por lo que se le otorgarán 0 (cero) puntos. El cumplimiento total de las especificaciones y/o requisitos Técnicos Médicos solicitados, se determinará como Proposición Técnica Médica Solvente, por lo que se le otorgarán 14 (catorce) puntos.</p>								



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS


LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

No. consecutivo	Numeral	DICE	ACLARACION (DEBE DECIR)
		A2 Licencias, permisos, registros, certificados, autorizaciones y Normas Oficiales Mexicanas, que debe cumplirse al bien o servicio a contratar.	A2 Licencias, permisos, registros, certificados, autorizaciones y Normas Oficiales Mexicanas, que debe cumplirse al bien o servicio a contratar.
		A2 Licencias, permisos, registros, certificados, autorizaciones y Normas Oficiales Mexicanas, que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar.	d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones. e) "Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica. El incumplimiento de algún documento solicitado en el inciso d), e) se le otorgarán 0 (cero) puntos. El cumplimiento total de lo documentos solicitados en el incisos d), e) se le otorgarán 10 (diez) puntos.

Precisiones Legales-Administrativas

No. consecutivo	Numeral	DICE	ACLARACION (DEBE DECIR)
7	13.2.1.Inscripción en el Registro electrónico de personas físicas y morales	Las personas físicas y morales interesadas en participar en los procedimientos de contratación y acuerdos marco, deberán estar inscritas en el registro electrónico de personas físicas y morales, y mantener actualizada la información que le sea requerida, conforme a los lineamientos que establezca la Secretaría, de conformidad con el Artículo 40 y 86 de la LASSP.	Se aclara que para la dar cumplimiento al presente numeral el licitante deberá presentar la constancia del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) en el supuesto de no contar con dicho registro deberá remitir constancia de la solicitud de inscripción al RUPC.
8	Anexo VIII.	Manifiesto de Nacionalidad	Se publica en la plataforma Compras MX Anexo VIII
9	Anexo XVII	RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICOS, LEGALES ADMINISTRATIVOS	Se publica en la plataforma Compras MX Anexo XVII



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ANEXO II. Respuestas a solicitudes de Aclaración.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
788013	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	CRITERIO PUNTOS Y PORCENTAJES	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUAL CRITERIO DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES DEBERÁ DE TOMARSE EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, YA QUE EN LA CONVOCATORIA SE PRESENTAN DOS LISTADOS DE REQUERIMIENTOS PARA LA "EVALUACIÓN TÉCNICO-MÉDICA", UNO PRESENTADO EN EL NUMERAL 2.3, PÁGINA 15; Y EL OTRO EN EL NUMERAL 3.5, PÁGINA 29. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	EL LISTADO CONTENIDO EN EL NUMERAL 2.3, CORRESPONDE A LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS QUE SERVIRÁN COMO BASE PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES DURANTE LA EVALUACIÓN. POR SU PARTE, EL NUMERAL 3.5 ESPECIFICA LA DISTRIBUCIÓN Y CANTIDAD DE PUNTOS QUE PUEDEN OBTENERSE EN FUNCIÓN DEL CONTENIDO Y CUMPLIMIENTO DE DICHS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
788014	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 3.5	RUBRO A. SUB A1. ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE RUBRO DEBERÁN DE PRESENTARSE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 3.4 "EVALUACIÓN TÉCNICO - MÉDICA". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEBERÁ PRESENTAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 3.4. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
788015	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 3.5	RUBRO A. SUB A2. ES CORRECTO ENTENDER QUE LA VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES SERÁ OBLIGATORIA ÚNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS SEÑALADAS COMO "SI REQUIERE", DE ACUERDO AL ANEXO 1.1, COLUMNA "VISITA A LAS INSTALACIONES", POR LO TANTO LA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA EN LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LAS PARTIDAS QUE NO APLIQUEN PODRÁ SER SUSTITUIDA POR EL "ANEXO TÉCNICO 9 FORMATO DE CARTA RELATIVO A INSTALACIÓN/DESINSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS" Y ESCRITO INDICANDO QUE NO APLICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ESTÁ CLARAMENTE DEFINIDO QUE LA VISITA NO ES OBLIGATORIA. TAMPOCO ES CORRECTO QUE PRESENTE ANEXO 9 SI ESTÁ INDICADO QUE NO REQ VISITA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
788016	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 3.5	RUBRO A. SUB A2. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL "ANEXO TÉCNICO 9 FORMATO DE CARTA RELATIVO A INSTALACIÓN/DESINSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE	NO ES UN FORMATO LIBRE, SE ADJUNTA ANEXO NÚMERO 9, Y SE PUBLICA EN LA PLATAFORMA MX.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
788017	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 3.5	ESPACIOS FÍSICOS" ES UN ESCRITO LIBRE, YA QUE NO SE ENCUENTRA ADJUNTO EN LA CONVOCATORIA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. RUBRO A. SUB B1. ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA CUMPLIR CON ESTE RUBRO, DEBERÁ PRESENTARSE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL PRESENTADA (2024) Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN PROVISIONAL 2025. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, COMO OPCIÓN PUEDE OFERTAR LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL PRESENTADA (2024) Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN PROVISIONAL 2025, PARA ACREDITAR EL MONTO DE SUS INGRESOS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
788018	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 3.5	RUBRO A. SUB B2. ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE RUBRO, BASTARÁ CON PRESENTAR CURRÍCULUM VITAE DE LA EMPRESA, DONDE SE INDIQUE LA CANTIDAD DE SUCURSALES Y CENTROS DE SERVICIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, COMO OPCIÓN PUEDE PRESENTAR CURRÍCULUM DE LA EMPRESA, PARA ACREDITAR SUS SUCURSALES. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
788019	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 3.5	RUBRO A. SUB B6. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LA CARTA DE GARANTÍA REQUERIDA EN ESTE RUBRO, DEBERÁ PRESENTARSE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN QUE DE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
788020	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 3.5	RUBRO C, RUBRO D PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CONTRATOS O PEDIDOS PRESENTADOS ANTE CUALQUIER DEPENDENCIA Y/O INSTITUCIÓN PÚBLICA Y/O PARTICULAR, BIENES DE LA MISMA NATURALEZA (EQUIPO MÉDICO), DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES Y/O A LOS VOLÚMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, PODRÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS FORMALIZADOS QUE CORRESPONDAN A LA ADQUISICIÓN DE BIENES CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES AL OBJETO DE CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
788021	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 13.1	NUMERAL 13.1 ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PODRAN SER	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN DE ACUERDO A LO ASENTADO EN EL NUMERAL 2.3



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
788022	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 13.2.1	<p>REPRODUCIDOS POR MI REPRESENTADA Y QUE NO SERAN MOTIVO DE DESECHAMIENTO, EL NO RESPETAR EXACTAMENTE EL MISMO FORMATO, SIEMPRE Y CUANDO EL ESCRITO REPRODUCIDO INCLUYA LA INFORMACION COMPLETA SOLICITADA EN EL FORMATO ORIGINAL DE LA CONVOCATORIA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.</p> <p>NUMERAL 13.2.1 DICE: LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y ACUERDOS MARCO, DEBERAN ESTAR INSCRITAS EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLEZCA LA SECRETARÍA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 Y 86 DE LA LAASSP. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL DOCUMENTO A PRESENTAR PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE REFIERE AL ACUSE DE REGISTRO EMPRESARIAL DE COMPRAS MX. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO</p>	<p>FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES LEGALES ADMINISTRATIVAS A LA CONVOCATORIA. NO. CONSECUTIVO 7.</p>
788023	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES INCISO B)	<p>TERMINOS Y CONDICIONES INCISO B) PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES, YA QUE EN EL ANEXO "TERMINOS Y CONDICIONES" SE INDICA LO SIGUIENTE: "EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO SERÁ MÁXIMO DE 120 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL ACTO DE FALLO". POR EL CONTRARIO EN LA CONVOCATORIA, NUMERAL 3.1, SE ESTABLECE QUE "EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO SERÁ MÁXIMO DE 60 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL ACTO DE FALLO". FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.</p>	<p>FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TÉCNICAS DE LA CONVOCATORIA. NO. CONSECUTIVO 1.</p>





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
788024	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	1.1.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON 3 CONTACTOS Y UN CONTACTO MÚLTIPLE DE GRADO MEDICO DE 4 CONTACTOS GARANTIZANDO LA NO SUSTRACCIÓN DE ESTE MISMO. DANDO COMO SUMA EL TENER 7 CONTACTOS. ESTO PARA LA MAYOR COLOCACIÓN DE EQUIPOS QUE NECESITE EL PERSONAL MEDICO. LO ANTERIOR PERMITE BRINDAR MAYOR CANTIDAD DE CONECTORES, SIN AFECTAR LA AUTONOMIA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
788025	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	1.2 PARA ESTE PUNTO ENTENDEMOS QUE DEBERÁ DE CONTAR CON REGISTRO SANITARIO PARA QUE NO SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, EN APEGO A LAS CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO NUMERAL 16 DE LA CONVOCATORIA.
788026	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	1.2.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR QUE TIPO DE VAPORIZADORES SE REQUERIRÁN PARA LAS UNIDADES MÉDICAS.	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS DE LA CONVOCATORIA. NO CONSECUTIVO 2.
788027	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	1.3.3 ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR UNA GUARDA HIPÓXICA DE 21%, NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO, ESTO DEBIDO A QUE SE AMPLIA EL RANGO MÍNIMO SOLICITADO Y BASÁNDOSE EN LA GUÍA DEL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD ES UNA NORMA OBLIGATORIA TENER UNA GUARDA HIPÓXICA DEL 21%, SIENDO ESTO TECNOLOGÍA SUPERIOR. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
788028	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	1.5.2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "PRESIÓN PICO" EL CUAL ES UN SINÓNIMO DEL PUNTO SOLICITADO Y CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA PROPIA DE NUESTRA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTE COMO "PRESION PICO". SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
788029	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	1.5.3 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "PRESIÓN CONTROL" EL CUAL ES UN SINÓNIMO DEL PUNTO SOLICITADO Y	SE ACEPTA OFERTE COMO "PRESION CONTROL". SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
788030	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA PROPIA DE NUESTRA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA? 1.5.7.2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA QUE "CON ALMACENAMIENTO DE REFERENCIA DE AL MENOS UN LAZO" SEA OPCIONAL YA QUE ESTOS LAZOS SON UTILIZADOS PRINCIPALMENTE PARA EL ANÁLISIS DETALLADO DE MECÁNICA PULMONAR EN PACIENTES CRÍTICOS O CON PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS COMPLEJAS, LO CUAL ES MÁS COMÚN EN VENTILADORES DE TERAPIA INTENSIVA. EN EL CONTEXTO QUIRÚRGICO, DONDE EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA ES MANTENER UNA VENTILACIÓN SEGURA Y CONTROLADA DURANTE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS, LOS PARÁMETROS DE PRESIÓN, VOLUMEN Y FLUJO MINUTO SON CLÍNICAMENTE SUFICIENTES PARA EL MONITOREO Y AJUSTE DEL SOPORTE VENTILATORIO. DE ACUERDO AL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
788031	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	1.7.10.2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SE PUEDA VISUALIZAR EN LA MAQUINA DE ANESTESIA, YA QUE LA TECNOLOGIA A OFERTAR CUENTA CON UN MODULO DE GASES INTEGRADO Y CUENTA CON LA FUNCIONALIDAD DE VISUALIZAR LA CAPNÓGRAFIA, ASÍ COMO TENIENDO LA INFORMACIÓN CONCENTRADA PARA LOS PROCEDIMIENTOS, FACILITANDO EL USO DEL MANEJO AL PERSONAL MÉDICO Y EVITANDO EL ENCARCAMIENTO DEL EQUIPO AL SOLICITARLO EN EL MONITOR MODULAR DE SIGNOS VITALES. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR MEDIANTE VISUALIZACION EN LA MAQUINA DE ANESTESIA YA QUE SON ACEPTABLES LAS SIGUIENTES OPCIONES FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
788032	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	1.7.10.2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SE PUEDA VISUALIZAR EN LA MAQUINA DE ANESTESIA, YA QUE LA TECNOLOGIA A OFERTAR CUENTA CON UN MODULO DE GASES INTEGRADO Y CUENTA CON LA FUNCIONALIDAD DE VISUALIZAR LA CAPNÓGRAFIA, ASÍ COMO TENIENDO LA INFORMACIÓN CONCENTRADA PARA LOS PROCEDIMIENTOS, FACILITANDO EL USO DEL MANEJO	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR MEDIANTE VISUALIZACION EN LA MAQUINA DE ANESTESIA YA QUE SON ACEPTABLES LAS SIGUIENTES MODALIDADES FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.


[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
788033	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	AL PERSONAL MÉDICO Y EVITANDO EL ENCARECIMIENTO DEL EQUIPO AL SOLICITARLO EN EL MONITOR MODULAR DE SIGNOS VITALES. DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIOR ¿SE ACEPTA? 1.7.14, 1.7.14.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA RELAJACIÓN MUSCULAR ATRA VES DE UN MONITOR CUANTITATIVO DE TRANSMISIÓN NEUROMUSCULAR QUE UTILIZA ACELEROMETRÍA TRIAXIAL PARA PROPORCIONAR DATOS CUANTITATIVOS EN TIEMPO REAL, CON LOS MODOS DE TREN DE CUATRO ESTÍMULOS, REAL, CON LOS MODOS DE TREN DE CUATRO ESTÍMULOS, ESTIMULACIÓN TETÁNICA, DOBLE RÁFAGA, AUTOMÁTICO, MARCA: XAVANT TECHNOLOGY, MODELO: STIMPOD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PUEDE OFERTAR TECNOLOGIA ESPECIALIZADA PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA RELAJACIÓN MUSCULAR ATRA VES DE UN MONITOR CUANTITATIVO DE TRANSMISIÓN NEUROMUSCULAR QUE UTILIZA ACELEROMETRÍA TRIAXIAL PARA PROPORCIONAR DATOS CUANTITATIVOS EN TIEMPO REAL, CON LOS MODOS DE TREN DE CUATRO ESTÍMULOS, ESTIMULACIÓN TETÁNICA, DOBLE RÁFAGA, AUTOMÁTICO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
788034	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	2.10 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, EN DONDE EL SENSOR DE FLUJO ESTA INTEGRADO Y NO REQUIERE SENSORES DE FLUJO EXTRA. LO ANTERIOR, NO AFECTA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, AL CUMPLIR CON LA FUNCIÓN SOLICITADA, YA QUE LO CONTIENE DE MANERA INTEGRADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PUEDE OFERTAR TECNOLOGIA PROPIA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
793700	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2	1.2.1 SUMINISTRAR DOS VAPORIZADORES (ISOFLURANE, SEVOFLURANE O DESFLURANE, SELECCIONABLE A CORDE A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD MEDICA. CON EL FIN DE PROPORCIONAR UNA OFERTA ADECUADA PARA EL INSTITUTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR VAPORIZADOR DE SEVOFLORANE E ISOFLORANE, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS DE LA CONVOCATORIA. NO. CONSECUTIVO 2.
793701	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2	1.3.2 MEZCLADOR ELECTRONICO O NEUMATICO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA CON MEZCLADOR MECATRONICO, QUE ES UNA COMBINACION ENTRE LA TECNOLOGIA NEUMATICA Y LA TECNOLOGIA ELECTRONICA, SE ACEPTA?	SE ACEPTA PUEDE OFERTAR MEZCLADOR MECATRONICO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
793702	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2	1.5.5.7 PAUSA INSPIRATORIA. SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO %TPLAT QUE SE REFIERE A LO MISMO CON DIFERENTE NOMENCLATURA, SE ACEPTA? 1.5.6.3 VOLUMEN MINUTO INSPIRADO Y/O ESPIRADO. PARA ESTE PUNTO SE ENTIENDE QUE SE PODRA OFERTAR VOLUMEN MINUTO INSPIRADO O ESPIRADO, ES COERRECTO?	SE ACEPTA OFERTE REFERENCIAR COMO %TPLAT. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
793723	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2	1.7.1 MONITOR MODULAR. CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITAR OFERTAR MONITOR MODULAR O PRECONFIGURADO DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS QUE SOLICITA EL CONVOCANTE, SE ACEPTA?	ES CORRECTO EN ESTE PUNTO PUEDE OFERTAR VOLUMEN MINUTO INSPIRADO O ESPIRADO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
793724	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2	PUNTO 1.3.1. TIPO LCD, LCD-TFT O TFT O LED, SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA TIPO ELECTROLUMINISCENTE CON CONTROL POR MEDIO DE TECLAS Y PERILLA, PUES NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NI LA VENTILACIÓN AL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	ESTA LICITACION NO TIENE PARTIDA 34, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LAASSP NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA.
793725	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 34	PUNTO 1.3.2. A COLOR PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA MONOCROMÁTICA, PUES NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO N EL TRATAMIENTO AL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	ESTA LICITACION NO TIENE PARTIDA 34, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LAASSP NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA.
793726	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 34	PUNTO 1.4.2.2 LÍMITE SUPERIOR: 140 O MAYOR PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LÍMITE SUPERIOR DE 100 L/MIN, LO QUE ES SUFICIENTE PARA ESTABILIZAR AL PACIENTE EN TRASLADO, ¿SE ACEPTA?	ESTA LICITACION NO TIENE PARTIDA 34, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LAASSP NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA.
793727	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 34	PUNTO 1.4.6.1 LÍMITE INFERIOR: 21 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LÍMITE INFERIOR DE 40%, PUES EN	ESTA LICITACION NO TIENE PARTIDA 34, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LAASSP NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA.
793728	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 34		

Formato FO-CON-12_00 JLPP, AOL AAR



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
793729	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 34	SITUACIONES DE TRASLADO O EMERGENCIA ES NECESARIO ASEGURAR UNA FIO2 MÍNIMA QUE MANTENGA LOS NIVELES DE SPO2 DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA? PUNTO 1.4-8.2 LÍMITE SUPERIOR: 30 O MAYOR (PEEP) PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LÍMITE SUPERIOR DE PEEP DE 20 CMH2O, YA QUE COMBINADO CON EL PARÁMETRO DE PRESIÓN INSPIRATORIA ES POSIBLE ALCANZAR NIVELES DE PRESIÓN ADECUADOS. ¿SE ACEPTA?	ESTA LICITACION NO TIENE PARTIDA 34, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LAASSP NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA.
793730	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 34	PUNTO 1.4-10 SENSIBILIDAD ESPIRATORIA O TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, PODREMOS REFERENCIARLO COMO SENSIBILIDAD DE DISPARO O TRIGGER. ¿ES CORRECTO?	ESTA LICITACION NO TIENE PARTIDA 34, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LAASSP NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA.
793731	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 34	PUNTO 1.5-2 VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR PRESIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y BIPAP CONTROLADA POR PRESIÓN, PUES ESTE SEGUNDO MODO VENTILATORIO SE PUEDE CONFIGURAR PARA QUE FUNCIONE TAL COMO UN SIMV LO HARÍA. ¿SE ACEPTA?	ESTA LICITACION NO TIENE PARTIDA 34, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LAASSP NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA.
793732	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 34	PUNTO 1.5-4 PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PRESIÓN ASISTIDA O ASB. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESIÓN SOPORTE EN MODOS CONTROLADOS POR VOLUMEN Y POR PRESIÓN ¿SE ACEPTA?	ESTA LICITACION NO TIENE PARTIDA 34, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LAASSP NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA.
793733	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 34	PUNTO 1.6-12. DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA: PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL DESPLIEGUE DE 1 DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN, ¿SE ACEPTA?	ESTA LICITACION NO TIENE PARTIDA 34, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LAASSP NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA.
793734	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 34	PUNTO 1.6-12.1 VOLUMEN-TIEMPO PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, PUES EN UNA	ESTA LICITACION NO TIENE PARTIDA 34, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LAASSP NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
793735	DRÁGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 34	SITUACIÓN DE VENTILACIÓN DE EMERGENCIA, LA CURVA DE COLUMEN NO ARROJA INFORMACIÓN TAN RELEVANTE COMO SI LO HACEN LA CURVA DE FLUJO O DE PRESIÓN. ¿SE ACEPTA? PUNTO 1.7.7 FIO2 ALTA Y BAJA PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE ACUERDO A NUESTRA NOMENCLATURA, ¿SE ACEPTA?	ESTA LICITACION NO TIENE PARTIDA 34, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LAASSP NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA.
793736	DRÁGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTRO, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES	EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN FORMATO LIBRE, DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE Y DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE LA CARTA PUEDE SER EMITIDA POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DE LOS EQUIPOS A OFERTAR. FAVOR DE CONFIRMAR.	NO SE ACEPTA CARTA DE APOYO DEL TITULAR DE REGISTRO SANITARIO DE LOS EQUIPOS. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 35 SEPTIMO PARRAFO DE LA LAASSP LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRAN SER NEGOCIADAS.
793737	DRÁGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.	EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO SERÁ MÁXIMO DE 60 DÍAS NATURALES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE AMPLÍE EL PLAZO A 90 DÍAS PARA LA ENTREGA. FAVOR DE CONFIRMAR	NO SE ACEPTA, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TÉCNICAS DE LA CONVOCATORIA. NO. CONSECUTIVO 1.
793884	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4, LICENCIAS, PERMISOS, REGISTRO	SOLICITAN COPIA DEL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-9001-2015 Y DEL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-13485:2016. SOLICITAMOS NOS PERMITA PRESENTAR SOLO EL ISO-13485:2016, DADO QUE EL ENFOQUE DE LA ISO 13485 SE ENCARGA DE CERTIFICAR A LOS FABRICANTES DE EQUIPO MEDICO Y UNA VEZ OBTENIENDOLA, YA NOS ES NECESARIA LA 9001. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.
793885	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4, LICENCIAS, PERMISOS, REGISTRO	EN CASO DE NO ACEPTAR LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA ENTREGAR LA ISO 9001 Y LA ISO 13485 DE MI REPRESENTADA, ADEMÁS DE LA ISO 13485 DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 35 SEPTIMO PARRAFO DE LA LAASSP LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION NO PODRAN SER NEGOCIADAS.
793886	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	COMPRAS MX NUMERAL 8 Y BASES 13.2.1	SOLICITAN REGISTRO ELECTRONICO DE PERSONAS FISICAS Y MORALES. LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES LEGALES ADMINISTRATIVAS A LA CONVOCATORIA. NO. CONSECUTIVO 7.

[Handwritten signatures and marks]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
793887	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	COMPRAS MX	INTERESADAS EN PARTICIPAR DEBERAN ESTAR INSCRITAS EN EL REGISTRO ELECTRONICO DE PERSONAS FISICAS Y MORALES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CON CUAL DOCUMENTO PODEMOS COMPROBAR DE DICHO REGISTRO PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO DE LAS BASES. CONSIDERANDO LOS PARAMETROS PARA SUBIR INFORMACION EN COMPRAS MX, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN QUE PARAMETRO SE SUBIRAN TODOS LOS DEMAS ANEXOS QUE FALTARIAN Y QUE NO TIENEN UN PARAMETRO ASIGNADO.	SE HABILITA EN LA PLATAFORMA DE COMPRAS MX, UN PARAMETRO DE ANEXOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS.
793888	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	13.5 BASES	SOLICITAN: ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP, DE ACUERDO CON EL ANEXO IV DE LA CONVOCATORIA, PERO EN LA RELACION DE DOCUMENTOS ANEXO XVII MENCIONAN EL ARTICULO 50 Y 60. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA QUE EL LICITANTE PRESENTARA ANEXO IV ESCRITO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP
793889	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO XVII	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA MODIFICAR ESTE ANEXO PARA QUE LOS NUMERALES COINCIDAN CON LAS BASES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD Y APLICA PARA TODOS LOS LICITANTES.
793890	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 12 AL 16	ENTENDEMOS QUE DICHS ANEXOS APLICAN SOLAMENTE AL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA LA ENTREGA DE BIENES, POR LO CUAL, LA NO PRESENTACION DE ALGUNO DE ELLOS EN LA PRESENTE LICITACION NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO EL ANEXO 12 Y 16 SE APLICARAN SOLO AL PROVEEDOR ADJUDICADO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
793891	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, TODOS LOS PUNTOS	PARA TODOS LOS PUNTOS, ENTENDEMOS QUE NO SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION. PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
793892	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 1.3.6.	DICE: CON MEDIOS DE CONTROL O BLOQUEO DE PANTALLA PARA EVITAR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA PROGRAMACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL MEDIO DE CONTROL DE CAMBIO DE PANTALLA PARA PODER ACCEDER A LOS PARAMETROS DE CONTROL DEL VENTILADOR. ¿SE	SE ACEPTA; PUEDE OFERTAR MEDIO DE CONTROL DE CAMBIO DE PANTALLA PARA PODER ACCEDER A LOS PARAMETROS DE CONTROL DEL VENTILADOR. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
793893	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 1.4.1.1	ACEPTA? DICE: LÍMITE INFERIOR: 50 O MENOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LÍMITE INFERIOR DE 80 O MENOR, YA QUE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS PEQUEÑOS SE VENTILAN POR PRESIÓN Y NO POR VOLUMEN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
793894	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 1.8.5	DICE: DURACIÓN DE LA BATERÍA DE RESPALDO (EXTERNA Y/O INTERNA) DE 4 HORAS COMO MÍNIMO.SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR CUENTEN CON UN RESPALDO DE AL MENOS 6 HORAS COMO MÍNIMO. ESTO CON EL OBJETIVO DE REDUCIR FACTORES DE RIESGO POR TIEMPO DURANTE LOS TRASLADOS.	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR RESPALDO DE AL MENOS 6 HORAS COMO MÍNIMO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
793895	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 2.2	DICE: UN (1) SENSOR DE FLUJO REUSABLE ADICIONAL, PARA PACIENTE ADULTO.CON EL OBJETIVO DE DISMINUIR LOS RIESGOS DE INFECCIÓN CRUZADAS INTRAHOSPITALARIAS, SE SUGIERE A LA CONVOCANTE ADQUIRIR 10 SENSORES DE FLUJO DESECHABLES PARA PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO EN LUGAR DE REUSABLES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR 10 SENSORES DE FLUJO DESECHABLES PARA PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
793896	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 2.3	DICE: UN (1) SENSOR DE FLUJO REUSABLE ADICIONAL, PARA PACIENTE PEDIÁTRICO. CON EL OBJETIVO DE DISMINUIR LOS RIESGOS DE INFECCIÓN CRUZADAS INTRAHOSPITALARIAS, SE SUGIERE A LA CONVOCANTE ADQUIRIR 10 SENSORES DE FLUJO DESECHABLES PARA PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO EN LUGAR DE REUSABLES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR 10 SENSORES DE FLUJO DESECHABLES PARA PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
793897	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, TODOS LOS PUNTOS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DE LAS DIVERSAS TECNOLOGÍAS Y NOMENCLATURAS QUE EXISTEN EN EL MERCADO PERMITA A MI REPRESENTADA REALIZAR LAS REFERENCIAS DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS, NOMENCLATURA O TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, COMO PUDIERA SER EN LAS UNIDADES DE MEDIDA, TIEMPO, PRESIÓN Y FLUJO ASÍ COMO ALGUNAS DESCRIPCIONES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO. POR EJEMPLO: (CMH2O O MBAR)	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE/TECNOLOGÍA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797125	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	(RPM O BPM) (LPM O L/MIN) (FLUJO BASE O FLUJO CONSTANTE) (PRESION PICO O MÁXIMA) FIO2 O CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO) (VOLUMEN CORRIENTE, TIDAL U OBJETIVO) ¿SE ACEPTA? ENTENDEMOS QUE NO CONSTITUYE MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL UTILIZAR TERMINOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SE REFIERA A LO SOLICITADO Y SE TRATE ÚNICAMENTE DE CUESTIONES DE NOMENCLATURA, SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION UTILIZAR TERMINOLOGIA PROPIA DEL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SE REFIERA A LO SOLICITADO Y SE TRATE ÚNICAMENTE DE CUESTIONES DE NOMENCLATURA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797126	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	ENTENDEMOS QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO REFERENCIAR TEXTUALMENTE DENTRO DE NUESTROS MANUALES, FOLLETOS O CATALOGOS EL PUNTO SOLICITADO, DADO QUE PODEMOS HACER LA REFERENCIA DE DICHO REQUISITO MEDIANTE UNA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL BIEN OFERTADO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA Y NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO ESTA DESCRIPCIÓN CUMPLA CON LO SOLICITADO. SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE CONCURRENCIA DE LA PROVEDURÍA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 16 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, NO ES CORRECTA SU APRECIACION, LA CONVOCANTE CUENTA CON LAS OPCIONES DE FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES ENTRE OTROS, PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797127	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR ROTACIÓN CON PROYECCIÓN RAO, COMO, PROYECCIONES OBLICUAS DEL ARCO EN LAO/RAO, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO PROYECCIONES OBLICUAS DEL ARCO EN LAO/RAO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797128	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR ROTACIÓN CON PROYECCIÓN LAO, COMO, PROYECCIONES OBLICUAS DEL ARCO EN LAO/RAO, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO PROYECCIONES OBLICUAS DEL ARCO EN LAO/RAO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797129	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	TODOS LOS PUNTOS PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	LAO/RAO, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA? SABEMOS QUE EL MOVIMIENTO AXIAL DEL DETECTOR HACE REFERENCIA AL MOVIMIENTO DE ALEJAMIENTO Y ACERCAMIENTO AL PACIENTE POR LO QUE SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: LOS DETECTORES PLANOS ESTÁN DOTADOS DE TECLAS DE MEMBRANA PARA AJUSTAR LA DISTANCIA FOCO-IMAGEN (DFI), DESDE EL FOCO DE LA FUENTE DE RAYOS X AL PLANO RECEPTOR DE IMAGEN DEL FD QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SE ACEPTA PUEDE REFERENCIAR COMO DETECTORES PLANOS ESTAN DOTADOS DE TECLAS DE MEMBRANA PARA AJUSTAR LA DISTANCIA FOCO-IMAGEN (DFI), DESDE EL FOCO DE LA FUENTE DE RAYOS X AL PLANO RECEPTOR DE IMAGEN DEL FD, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797130	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR Y REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: DISTANCIA VARIABLE ENTRE EL PUNTO FOCAL Y EL DETECTOR 90 CM - 120 CM LO CUAL NO REPRESENTA NINGUNA LIMITACIÓN EN LAS APLICACIONES CLÍNICAS O TÉCNICAS PARA LAS QUE SE ENCUENTRA DESTINADO EL EQUIPO, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA PUEDE REFERENCIAR COMO DISTANCIA VARIABLE ENTRE EL PUNTO FOCAL Y EL DETECTOR 90 CM - 120 CM SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797131	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR PROTECCION PARA EVITAR COLISIONES, COMO SISTEMA ANTICOLISION TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PUEDE REFERENCIAR COMO SISTEMA ANTICOLISION. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797132	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR VOLTAJE, COMO VOLTAJE DEL TUBO TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, NO SE APRECIA PRECISION EN EL PLANTEAMIENTO DE SU PREGUNTA AL NO MENCIONAR EL NUMERAL AL QUE HACE REFERENCIA, POR LO QUE NO ES POSIBLE EMITIR RESPUESTA ESPECIFICA. DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797133	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CORRIENTE DEL GENERADOR SELECCIONABLE DE 10 MA O MENOR A 1,000 MA O MAYOR, COMO CORRIENTE DEL TUBO MA EN PASOS DE 0.01 MA, CORRIENTE DEL TUBO (FLUOROSCOPIA CONTINUA) 0.5 MA A 50 MA EN PASOS DE 0.01 MA. TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797134	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CAPACIDAD TÉRMICA DE ALMACENAMIENTO DEL ÁNODO, COMO CONTENIDO MÁXIMO DE CALOR DEL ÁNODO. TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PUEDE REFERENCIAR COMO CONTENIDO MÁXIMO DE CALOR DEL ÁNODO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797135	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	LA REDACCIÓN ACTUAL SUGIERE QUE EXISTE UN TIPO ESPECÍFICO DE FLUOROSCOPIA "PARA CARDIOLOGÍA", LO CUAL NO ES TÉCNICAMENTE CORRECTO YA QUE LA FLUOROSCOPIA PULSADA NO SE CLASIFICA POR ESPECIALIDAD. EN ESTE CASO, LA FLUOROSCOPIA PULSADA DE 30 PULSOS POR SEGUNDO O MÁS SE UTILIZA FRECUENTEMENTE EN PROCEDIMIENTOS CARDIOLÓGICOS DEBIDO A SU CAPACIDAD PARA CAPTAR IMÁGENES EN MOVIMIENTO RÁPIDO, COMO LAS DEL CORAZÓN. SIN EMBARGO, NO SE TRATA DE UNA MODALIDAD EXCLUSIVA O ESPECÍFICA "PARA CARDIOLOGÍA". POR LO TANTO, SE ENTIENDE QUE SE PUEDE OFERTAR FLUOROSCOPIA PULSADA DE 30 PULSOS/SEGUNDO O MAYOR YA QUE SE DA CUMPLIMIENTO AL PUNTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797136	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	LA REDACCIÓN ACTUAL SUGIERE QUE EXISTE UN TIPO ESPECÍFICO DE FLUOROSCOPIA "PARA VASCULAR", LO CUAL NO ES TÉCNICAMENTE CORRECTO YA QUE LA	NO ES CORRECTA SU APRECIACION DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797137	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	TODOS LOS PUNTOS	FLUOROSCOPIA PULSADA NO SE CLASIFICA POR ESPECIALIDAD. EN ESTE CASO, LA FLUOROSCOPIA PULSADA DE 7.5 PULSOS POR SEGUNDO O MÁS SE UTILIZA FRECUENTEMENTE EN PROCEDIMIENTOS VASCULARES. SIN EMBARGO, NO SE TRATA DE UNA MODALIDAD EXCLUSIVA O ESPECÍFICA "PARA VASCULAR". POR LO TANTO, SE ENTIENDE QUE SE PUEDE OFERTAR FLUOROSCOPIA PULSADA DE 7.5 PULSOS/SEGUNDO O MENOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA PUEDE REFERENCIAR COMO RECORRIDO TRANSVERSAL. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797138	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR MOVIMIENTO TRANSVERSAL O LATERAL, COMO RECORRIDO TRANSVERSAL TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGIA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. NO SE APRECIA PRECISION EN EL PLANTEAMIENTO DE SU PREGUNTA AL NO MENCIONAR EL NUMERAL AL QUE HACE REFERENCIA, POR LO QUE NO ES POSIBLE EMITIR RESPUESTA ESPECÍFICA. DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LAASSP.
797139	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR RANGO DE PIVOTEO SOBRE EL EJE DE LA COLUMNA CENTRAL COMO ROTACION DE LA MESA TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGIA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797140	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	UNA MAYOR LUMINOSIDAD TÍPICA EN UNA PANTALLA SE TRADUCE EN UNA MEJOR VISIBILIDAD YA QUE LOS COLORES Y DETALLES SERÁN MÁS BRILLANTES POR ENDE CUALQUIER IMAGEN SE OBSERVARÁ CON CLARIDAD. POR LO TANTO, ENTENDEMOS QUE	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS


LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797141	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	PODEMOS OFRECER UNA LUMINOSIDAD TÍPICA DE 700 CD/M2 DADO QUE REPRESENTA UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CON SUSTRACCIÓN DIGITAL EN TIEMPO REAL (DSA), MODO CINE Y MODO MÁSCARA, COMO CON SUSTRACCIÓN DIGITAL EN TIEMPO REAL (DSA), MODO BUCLE Y MODO MÁSCARA TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA? DEBIDO AL MOVIMIENTO DEL PACIENTE, LAS IMÁGENES DSA A MENUDO MUESTRAN ARTEFACTOS DE REGISTRO INCORRECTO QUE PUEDEN DIFICULTAR EL DIAGNÓSTICO ADECUADO, UNA TÉCNICA PARA LA CORRECCIÓN DE DICHO MOVIMIENTO ES EL DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES, POR LO TANTO ENTENDEMOS QUE OFERTAR DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES AUTOMÁTICO COMO SISTEMA ANTI-ARTIFICIOS DE MOVIMIENTO DURANTE DSA DE TIEMPO REAL DA CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES AUTOMÁTICO. DURANTE LA FASE DE SUSTRACCIÓN DSA, EL DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES SE REALIZA CÍCLICAMENTE BASÁNDOSE EN UN ANÁLISIS DEL HISTOGRAMA DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA QUE ASÍ APARECE EN NUESTROS CATALOGOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, NO SE APRECIA PRECISION EN EL PLANTEAMIENTO DE SU PREGUNTA AL NO MENCIONAR EL NUMERAL AL QUE HACE REFERENCIA, POR LO QUE NO ES POSIBLE EMITIR RESPUESTA ESPECIFICA. DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797142	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	PODEMOS OFRECER UNA LUMINOSIDAD TÍPICA DE 700 CD/M2 DADO QUE REPRESENTA UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CON SUSTRACCIÓN DIGITAL EN TIEMPO REAL (DSA), MODO CINE Y MODO MÁSCARA, COMO CON SUSTRACCIÓN DIGITAL EN TIEMPO REAL (DSA), MODO BUCLE Y MODO MÁSCARA TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA? DEBIDO AL MOVIMIENTO DEL PACIENTE, LAS IMÁGENES DSA A MENUDO MUESTRAN ARTEFACTOS DE REGISTRO INCORRECTO QUE PUEDEN DIFICULTAR EL DIAGNÓSTICO ADECUADO, UNA TÉCNICA PARA LA CORRECCIÓN DE DICHO MOVIMIENTO ES EL DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES, POR LO TANTO ENTENDEMOS QUE OFERTAR DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES AUTOMÁTICO COMO SISTEMA ANTI-ARTIFICIOS DE MOVIMIENTO DURANTE DSA DE TIEMPO REAL DA CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES AUTOMÁTICO. DURANTE LA FASE DE SUSTRACCIÓN DSA, EL DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES SE REALIZA CÍCLICAMENTE BASÁNDOSE EN UN ANÁLISIS DEL HISTOGRAMA DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA QUE ASÍ APARECE EN NUESTROS CATALOGOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, NO SE APRECIA PRECISION EN EL PLANTEAMIENTO DE SU PREGUNTA AL NO MENCIONAR EL NUMERAL AL QUE HACE REFERENCIA, POR LO QUE NO ES POSIBLE EMITIR RESPUESTA ESPECIFICA. DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797143	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	PODEMOS OFRECER UNA LUMINOSIDAD TÍPICA DE 700 CD/M2 DADO QUE REPRESENTA UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CON SUSTRACCIÓN DIGITAL EN TIEMPO REAL (DSA), MODO CINE Y MODO MÁSCARA, COMO CON SUSTRACCIÓN DIGITAL EN TIEMPO REAL (DSA), MODO BUCLE Y MODO MÁSCARA TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA? DEBIDO AL MOVIMIENTO DEL PACIENTE, LAS IMÁGENES DSA A MENUDO MUESTRAN ARTEFACTOS DE REGISTRO INCORRECTO QUE PUEDEN DIFICULTAR EL DIAGNÓSTICO ADECUADO, UNA TÉCNICA PARA LA CORRECCIÓN DE DICHO MOVIMIENTO ES EL DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES, POR LO TANTO ENTENDEMOS QUE OFERTAR DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES AUTOMÁTICO COMO SISTEMA ANTI-ARTIFICIOS DE MOVIMIENTO DURANTE DSA DE TIEMPO REAL DA CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES AUTOMÁTICO. DURANTE LA FASE DE SUSTRACCIÓN DSA, EL DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES SE REALIZA CÍCLICAMENTE BASÁNDOSE EN UN ANÁLISIS DEL HISTOGRAMA DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA QUE ASÍ APARECE EN NUESTROS CATALOGOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, NO SE APRECIA PRECISION EN EL PLANTEAMIENTO DE SU PREGUNTA AL NO MENCIONAR EL NUMERAL AL QUE HACE REFERENCIA, POR LO QUE NO ES POSIBLE EMITIR RESPUESTA ESPECIFICA. DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797144	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	PODEMOS OFRECER UNA LUMINOSIDAD TÍPICA DE 700 CD/M2 DADO QUE REPRESENTA UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CON SUSTRACCIÓN DIGITAL EN TIEMPO REAL (DSA), MODO CINE Y MODO MÁSCARA, COMO CON SUSTRACCIÓN DIGITAL EN TIEMPO REAL (DSA), MODO BUCLE Y MODO MÁSCARA TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA? DEBIDO AL MOVIMIENTO DEL PACIENTE, LAS IMÁGENES DSA A MENUDO MUESTRAN ARTEFACTOS DE REGISTRO INCORRECTO QUE PUEDEN DIFICULTAR EL DIAGNÓSTICO ADECUADO, UNA TÉCNICA PARA LA CORRECCIÓN DE DICHO MOVIMIENTO ES EL DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES, POR LO TANTO ENTENDEMOS QUE OFERTAR DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES AUTOMÁTICO COMO SISTEMA ANTI-ARTIFICIOS DE MOVIMIENTO DURANTE DSA DE TIEMPO REAL DA CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES AUTOMÁTICO. DURANTE LA FASE DE SUSTRACCIÓN DSA, EL DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES SE REALIZA CÍCLICAMENTE BASÁNDOSE EN UN ANÁLISIS DEL HISTOGRAMA DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA QUE ASÍ APARECE EN NUESTROS CATALOGOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, NO SE APRECIA PRECISION EN EL PLANTEAMIENTO DE SU PREGUNTA AL NO MENCIONAR EL NUMERAL AL QUE HACE REFERENCIA, POR LO QUE NO ES POSIBLE EMITIR RESPUESTA ESPECIFICA. DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797145	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA? SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR REMOCION DE HUESO PARA ANALISIS VASCULAR, COMO ELIMINACION DE HUESO PARA ANALISIS VASCULAR TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGIA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO ELIMINACIÓN DE HUESO PARA ANALISIS VASCULAR. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797146	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	ENTENDEMOS QUE PARA LOS PUNTOS 1.8.11 AL 1.8.11.9 SERA POSIBLE REFERENCIARLOS CON EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO ASI COMO CON LA CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE, PERMITIENDO DEMOSTRAR ASI QUE SE DA CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO ¿ ES CORRECTO?	ES CORRECTO, PUEDE REFERENCIAR EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO Y LA CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797147	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR PROGRAMA PARA SUPRESIÓN DE HUESO EN 3D, COMO ELIMINACION DE HUESO EN 3D TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGIA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO ELIMINACIÓN DE HUESO EN 3D. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797148	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR SUPERPOSICION DEL MODELO 3D EN LA FLUOROSCOPIA EN TIEMPO REAL COMO SOFTWARE QUE PERMITE FUSIONAR VOLUMENES 3D DE OTRAS MODALIDADES DE IMAGEN PARA LA GUÍA DE IMAGEN EN VIVO TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGIA YA QUE REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA, SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797149	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	COMPETENCIA. ¿SE ACEPTA? SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR REMOCION DE HUESO PARA ANALISIS VASCULAR, COMO ELIMINACION DE HUESO PARA ANALISIS VASCULAR TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGIA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERISTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO ELIMINACION DE HUESO PARA ANALISIS VASCULAR. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797150	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR ROAD-MAPPING, COMO ROADMAP TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGIA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERISTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, NO SE APRECIA PRECISION EN EL PLANTEAMIENTO DE SU PREGUNTA AL NO MENCIONAR EL NUMERAL AL QUE HACE REFERENCIA, POR LO QUE NO ES POSIBLE EMITIR RESPUESTA ESPECÍFICA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797151	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	ENTENDEMOS QUE PARA LOS PUNTOS 1.9:10 AL 1.9:10.8 SERA POSIBLE REFERENCIARLOS CON EL DICIOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO ASÍ COMO CON LA CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE, PERMITIENDO DEMOSTRAR ASÍ QUE SE DA CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, PUEDE REFERENCIAR EL DICIOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO Y LA CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797152	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	ES IMPORTANTE CONTAR CON UNA SELECCIÓN DE GANANCIA AMPLIA, YA QUE ESTA NOS PROPORCIONA LA VISUALIZACIÓN DE LAS SEÑALES INFLUYENDO DIRECTAMENTE EN LA CLARIDAD Y LA PRECISION CON LA QUE SE INTERPRETAN LOS DATOS PARA EL MONITOREO Y/O DIAGNOSTICO AL PACIENTE; POR LO CUAL ENTENDEMOS QUE AFREZER UNA SELECCIÓN DE GANANCIA O SENSIBILIDAD DE 1/10, 1/5, 1/2, 1, 2, 5, 10, 20, 50 Y 100 CM/MV SE ESTARÍA PORPORCIONANDO TECNOLOGIA SUPERIOR A LO SOLICITADO, DANDO CUMPLIMIENTO AL	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, NO SE APRECIA PRECISION EN EL PLANTEAMIENTO DE SU PREGUNTA AL NO MENCIONAR EL NUMERAL AL QUE HACE REFERENCIA, POR LO QUE NO ES POSIBLE EMITIR RESPUESTA ESPECÍFICA. DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797153	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	PUNTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CORTINAS DE PLOMO PARA LA MESA, COMO, PROTECCION CONTRA LA RADIACION DE LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGIA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERISTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797154	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	ENTENDEMOS QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACION EL OFERTAR UN EQUIPO ININTERRUMPIBLE UPS DE AL MENOS 150 KVA CON 30 MINUTOS DE RESPALDO Y FACTOR DE POTENCIA DE ENTRADA MAYOR O IGUAL DE 0.99 A PLENA CARGA EL CUAL SOPORTA EL SISTEMA DE ANGIOGRAFIA Y EL POLIGRAFO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION, PUEDE OFERAR EL UPS QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE Y QUE SOPORTE LA TECNOLOGIA QUE OFERTA.
797155	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	OTROS	CONVOCATORIA. 3. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UNA FECHA EXTENDIDA DE 150 DIAS NATURALES EN TOTAL PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO PARA LA PARTIDA 27 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR DEBIDO A QUE EL TIEMPO PROPUESTO EN EL ANEXO NO ES SUFICIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS DE LA CONVOCATORIA. NO. CONSECUTIVO 1.
797156	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	OTROS	CONVOCATORIA. 3. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA YA QUE AL TENER TIEMPOS RECORRADOS DE ENTREGA HE INSTALACION SE ESTA COARTANDO LA IGUALDAD DE CONDICIONES PARA CASAS COMERCIALES QUE CUENTAN CON EQUIPOS INTERNACIONALES Y SUS TIEMPOS DE ENTREGA SON SUPERIORES A LO SOLICITADO. LO CUAL VA EN CONTRA DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ASI COMO	LA PRESENTE CONVOCATORIA PRETENDE CUBRIR LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO Y PARA ATENDER A LOS DERECHOHABIENTES COMO MOTIVO PRINCIPAL. ASI COMO EJERCER EL PRESUPUESTO, QUE OTORGA LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL INSTITUTO DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE Y CON LA LIBERACION DE RECURSOS EN ESTE TIEMPO. EL EQUIPO SE REQUIERE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO Y DE LOS DERECHOHABIENTES, DERECHO QUE ESTA CONSAGRADO EN EL




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797157	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIV A		LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA, DONDE SE ESTABLECE DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA Y LA IGUALDAD DE CONDICIONES PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, GARANTIZANDO QUE DICHO PROCEDIMIENTOS SE REALICEN EN UN MARCO DE COMPETENCIA JUSTA Y TRANSPARENTE.	ARTICULO 4º DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ADICIONAL A ESTO, SE ESTÁ ESTIMADO QUE EL TIEMPO SEA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA ENTREGA, LAS ADECUACIONES, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIONES Y ASO PODER EJERCER EL PRESUPUESTO EN TIEMPO Y FORMA. SE TOMO EN CUENTA QUE EN LA INVESTIGACION DE MERCADO SE RECIBIERON PROPUESTAS CON TIEMPOS DE ENTREGA ACORDES A LO QUE SE ESTA SOLICITANDO, POR LO QUE LA POSIBILIDAD DE CUBRIR ESTOS TIEMPOS PUEDE SER POSIBLE.
797158	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIV A	NUMERAL 13.2.1 DE LA CONVOCATORIA	ENTENDEMOS QUE ESTE REGISTRO ELECTRONICO SE REFIERE A ESTAR INSCRITO EN EL RFC. ¿ES CORRECTO?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES LEGALES ADMINISTRATIVAS DE LA CONVOCATORIA. NO. CONSECUTIVO 7.
797159	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIV A	NUMERAL 13.7 DE LA CONVOCATORIA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR OPINIONES SAT, IMSS E INFONAVIT DEL MES DE JUNIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
797160	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIV A	NUMERAL 22 DE LA CONVOCATORIA	ENTENDEMOS QUE OARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SERA SUFICIENTE ENTREGAR EL ANEXO XV PROTOCOLO DE ACTUACION Y EL MANIFIESTO DE PARTICULARES. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, ADEMAS DE CUMPLIR CON EL MANIFIESTO EXPEDIDO POR LA SECRETARIA.
797161	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIV A	ANEXO XIX	ENTENDEMOS QUE EL ANEXO XIX HACE REFERENCIA AL DOCUMENTO GENERADO EN EL PORTAL COMPRAS MX COMO MANIFIESTO DE INTERÉS. ¿E CORRECTO?	SU APRECIACION ES CORRECTA.
797239	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO 12, ANEXO 16	ENTENDEMOS QUE ESTE ANEXO SOLO ES PARA LOS LICITANTES ADJUDICADOS. ¿ES CORRECTO?	SU APRECIACION ES CORRECTA.
			PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	ENTENDEMOS QUE NO CONSTITUYE MOTIVO DE DESCALIFICACION EL UTILIZAR TERMINOLOGIA PROPIA DEL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SE REFIERA A LO SOLICITADO Y SE TRATE ÚNICAMENTE DE CUESTIONES DE NOMENCLATURA. SIN QUE	ES CORRECTO, NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION UTILIZAR TERMINOLOGIA PROPIA DEL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SE REFIERA A LO SOLICITADO Y SE TRATE ÚNICAMENTE DE CUESTIONES DE NOMENCLATURA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797240	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), TODOS LOS PUNTOS	LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿ES CORRECTO? ENTENDEMOS QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO REFERENCIAR TEXTUALMENTE DENTRO DE NUESTROS MANUALES, FOLLETOS O CATALOGOS EL PUNTO SOLICITADO, DADO QUE PODEMOS HACER LA REFERENCIA DE DICHO REQUISITO MEDIANTE UNA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL BIEN OFERTADO DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA Y NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO ESTA DESCRIPCIÓN CUMPLA CON LO SOLICITADO. SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE CONCURRENCIA DE LA PROVEDURIA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA CONVOCANTE CUENTA CON LAS OPCIONES DE FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES ENTRE OTROS, PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797241	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.2.1.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR ROTACIÓN CON PROYECCIÓN RAO, COMO, PROYECCIONES OBLICUAS DEL ARCO EN LAO/RAO, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO PROYECCIONES OBLICUAS DEL ARCO EN LAO/RAO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797242	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.2.2.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR ROTACIÓN CON PROYECCIÓN LAO, COMO, PROYECCIONES OBLICUAS DEL ARCO EN LAO/RAO, TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO PROYECCIONES OBLICUAS DEL ARCO EN LAO/RAO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797243	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR.	SABEMOS QUE EL MOVIMIENTO AXIAL DEL DETECTOR HACE REFERENCIA AL MOVIMIENTO DE ALEJAMIENTO Y	SE ACEPTA PUEDE REFERENCIAR COMO DETECTORES PLANOS ESTÁN DOTADOS DE TECLAS DE MEMBRANA PARA AJUSTAR LA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797244	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	(PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.2.4. PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.2.5	ACERCAMIENTO AL PACIENTE POR LO QUE SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: LOS DETECTORES PLANOS ESTÁN DOTADOS DE TECLAS DE MEMBRANA PARA AJUSTAR LA DISTANCIA FOCO-IMAGEN (DFI), DESDE EL FOCO DE LA FUENTE DE RAYOS X AL PLANO RECEPTOR DE IMAGEN DEL FD QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR DISTANCIA VARIABLE ENTRE EL FOCO Y EL FLAT PANEL O FUENTE DE IMAGEN, COMO, DISTANCIA VARIABLE ENTRE EL PUNTO FOCAL Y EL DETECTOR, DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA Y SOLO SE TRATA DE NOMENCLATURA, ADEMÁS SE CUMPLE CON EL RANGO EN CM REQUERIDOS, SIN QUE ESTO LIMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	DISTANCIA FOCO-IMAGEN (DFI), DESDE EL FOCO DE LA FUENTE DE RAYOS X AL PLANO RECEPTOR DE IMAGEN DEL FD, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR DISTANCIA VARIABLE ENTRE EL PUNTO FOCAL Y EL DETECTOR, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797245	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.3.1	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR PROTECCIÓN PARA EVITAR COLISIONES ; COMO SISTEMA ANTICOLISION TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PUEDE REFERENCIAR COMO SISTEMA ANTICOLISION SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797246	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.4.2.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR VOLTAJE, COMO VOLTAJE DEL TUBO TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO VOLTAJE DEL TUBO, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797247	SIEMENS HEALTHCARE	TÉCNICO	PARTIDA 1.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER	NO SE ACEPTA, EN SU PLANTEAMIENTO NO SE


1



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2


ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	DIAGNOSTICS S DE RL DE CV		ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.4.3.	REFERENCIAR CORRIENTE DEL GENERADOR SELECCIONABLE DE 10 MA O MENOR A 1,000 MA O MAYOR, COMO CORRIENTE DEL TUBO 15 MA A 1000 MA EN PASOS DE 0.01 MA, CORRIENTE DEL TUBO (FLUOROSCOPIA CONTINUA) 0.5 MA A 50 MA EN PASOS DE 0.01 MA TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	APRECIA QUE CUMPLA CON EL INTERVALO REQUERIDO SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797248	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.5.2.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CAPACIDAD TÉRMICA DE ALMACENAMIENTO DEL ÁNODO, COMO CONTENIDO MÁXIMO DE CALOR DEL ÁNODO TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PUEDE REFERENCIAR COMO CONTENIDO MÁXIMO DE CALOR DEL ÁNODO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797249	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.5.4.	LA REDACCIÓN ACTUAL SUGIERE QUE EXISTE UN TIPO ESPECÍFICO DE FLUOROSCOPIA "PARA CARDIOLOGÍA", LO CUAL NO ES TÉCNICAMENTE CORRECTO YA QUE LA FLUOROSCOPIA PULSADA NO SE CLASIFICA POR ESPECIALIDAD. EN ESTE CASO, LA FLUOROSCOPIA PULSADA DE 30 PULSOS POR SEGUNDO O MÁS SE UTILIZA FRECUENTEMENTE EN PROCEDIMIENTOS CARDIOLÓGICOS DEBIDO A SU CAPACIDAD PARA CAPTAR IMÁGENES EN MOVIMIENTO RÁPIDO, COMO LAS DEL CORAZÓN. SIN EMBARGO, NO SE TRATA DE UNA MODALIDAD EXCLUSIVA O ESPECÍFICA "PARA CARDIOLOGÍA". POR LO TANTO, SE ENTIENDE QUE SE PUEDE OFERTAR FLUOROSCOPIA PULSADA DE 30 PULSOS/SEGUNDO O MAYOR YA QUE SE DA CUMPLIMIENTO AL PUNTO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797250	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.5.5	LA REDACCIÓN ACTUAL SUGIERE QUE EXISTE UN TIPO ESPECIFICO DE FLUOROSCOPIA "PARA VASCULAR", LO CUAL NO ES TÉCNICAMENTE CORRECTO YA QUE LA FLUOROSCOPIA PULSADA NO SE CLASIFICA POR ESPECIALIDAD EN ESTE CASO. LA FLUOROSCOPIA PULSADA DE 7.5 PULSOS POR SEGUNDO O MÁS SE UTILIZA FRECUENTEMENTE EN PROCEDIMIENTOS VASCULARES. SIN EMBARGO, NO SE TRATA DE UNA MODALIDAD EXCLUSIVA O ESPECÍFICA "PARA VASCULAR". POR LO TANTO, SE ENTIENDE QUE SE PUEDE OFERTAR FLUOROSCOPIA PULSADA DE 7.5 PULSOS/SEGUNDO O MENOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797251	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.6.3.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR MOVIMIENTO TRANSVERSAL O LATERAL, COMO RECORRIDO TRANSVERSAL O TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGIA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PUEDE REFERENCIAR COMO RECORRIDO TRANSVERSAL SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797252	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.6.4.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: ALTURA DE LA MESA 77.5 CM A 110 CM, DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA QUE ASÍ APARECE EN NUESTROS CATALOGOS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, EN SU PLANTEAMIENTO NO SE APRECIA QUE CUMPLA CON MOVIMIENTO COMO ES REQUERIDO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797253	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.6.6.	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR RANGO DE PIVOTEO SOBRE EL EJE DE LA COLUMNA CENTRAL COMO ROTACION DE LA MESA. TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGIA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797254	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.7.1.4	ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA? UNA MAYOR LUMINOSIDAD TÍPICA EN UNA PANTALLA SE TRADUCE EN UNA MEJOR VISIBILIDAD YA QUE LOS COLORES Y DETALLES SERÁN MÁS BRILLANTES POR ENDE CUALQUIER IMAGEN SE OBSERVARÁ CON CLARIDAD. POR LO TANTO, ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFRECER UNA LUMINOSIDAD TÍPICA DE 700 CD/M2 DADO QUE REPRESENTA UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
797255	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.8.3.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CON SUSTRACCIÓN DIGITAL EN TIEMPO REAL (DSA), MODO CINE Y MODO MÁSCARA, COMO CON SUSTRACCIÓN DIGITAL EN TIEMPO REAL (DSA), MODO BUCLE Y MODO MÁSCARA TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PUEDE REFERENCIAR CON SUSTRACCIÓN DIGITAL EN TIEMPO REAL (DSA), MODO BUCLE Y MODO MÁSCARA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797256	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.8.5.	DEBIDO AL MOVIMIENTO DEL PACIENTE, LAS IMÁGENES DSA A MENUDO MUESTRAN ARTEFACTOS DE REGISTRO INCORRECTO QUE PUEDEN DIFICULTAR EL DIAGNÓSTICO ADECUADO, UNA TÉCNICA PARA LA CORRECCIÓN DE DICHO MOVIMIENTO ES EL DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES, POR LO TANTO ENTENDEMOS QUE OFERTAR DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES AUTOMÁTICO COMO SISTEMA ANTI-ARTIFICIOS DE MOVIMIENTO DURANTE DSA DE TIEMPO REAL DA CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES AUTOMÁTICO COMO SISTEMA ANTI-ARTIFICIOS DE MOVIMIENTO DURANTE DSA DE TIEMPO REAL. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797257	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE

Handwritten signatures and initials



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2


ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	DE CV		MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.8.5.	ESTE PUNTO COMO: DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES AUTOMÁTICO. DURANTE LA FASE DE SUSTRACCIÓN DSA, EL DESPLAZAMIENTO DE PÍXELES SE REALIZA CICLICAMENTE BASÁNDOSE EN UN ANÁLISIS DEL HISTOGRAMA DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA QUE ASÍ APARECE EN NUESTROS CATALOGOS. ¿SE ACEPTA?	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
797258	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.8.6.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR ROAD-MAPPING, COMO ROADMAP TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGIA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PUEDE REFERENCIAR COMO ROADMAP. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797259	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.8.7.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR REMOCIÓN DE HUESO PARA ANÁLISIS VASCULAR, COMO ELIMINACIÓN DE HUESO PARA ANÁLISIS VASCULAR TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGIA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO ELIMINACIÓN DE HUESO PARA ANÁLISIS VASCULAR. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797260	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.8.11.	ENTENDEMOS QUE PARA LOS PUNTOS 1.8.11 AL 1.8.11.9 SERA POSIBLE REFERENCIARLOS CON EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO ASI COMO CON LA CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE, PERMITIENDO DEMOSTRAR ASI QUE SE DA CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO ¿ ES CORRECTO?	ES CORRECTO, PUEDE REFERENCIAR EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO Y LA CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797261	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.9.3.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR PROGRAMA PARA SUPRESIÓN DE HUESO EN 3D, COMO ELIMINACIÓN DE HUESO EN 3D TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO ELIMINACIÓN DE HUESO EN 3D. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797262	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.9.4.	ESTA TERMINOLOGIA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERISTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA? SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR SUPERPOSICIÓN DEL MODELO 3D EN LA FLUOROSCOPIA EN TIEMPO REAL COMO SOFTWARE QUE PERMITE FUSIONAR VOLÚMENES 3D DE OTRAS MODALIDADES DE IMAGEN PARA LA GUÍA DE IMAGEN EN VIVO TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGIA YA QUE REPRESENTA LA MISMA CARACTERISTICA SOLICITADA, SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA. ¿SE ACEPTA? SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR REMOCIÓN DE HUESO PARA ANALISIS VASCULAR, COMO ELIMINACIÓN DE HUESO PARA ANALISIS VASCULAR TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGIA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERISTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797263	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.9.6.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR REMOCIÓN DE HUESO PARA ANALISIS VASCULAR, COMO ELIMINACIÓN DE HUESO PARA ANALISIS VASCULAR TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGIA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERISTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO ELIMINACIÓN DE HUESO PARA ANALISIS VASCULAR. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797264	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.9.7.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR ROAD-MAPPING, COMO ROADMAP TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGIA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERISTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PUEDE REFERENCIAR COMO ROADMAP, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797265	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 1.9.10.	ENTENDEMOS QUE PARA LOS PUNTOS 1.9.10 AL 1.9.10.8 SERA POSIBLE REFERENCIARLOS CON EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO ASÍ COMO CON LA CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE, PERMITIENDO DEMOSTRAR ASÍ QUE SE DA	ES CORRECTO, PUEDE REFERENCIAR EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO Y LA CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797266	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 2.2.7	CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO ¿ ES CORRECTO? ES IMPORTANTE CONTAR CON UNA SELECCIÓN DE GANANCIA AMPLIA, YA QUE ESTA NOS PROPORCIONA LA VISUALIZACIÓN DE LAS SEÑALES INFLUYENDO DIRECTAMENTE EN LA CLARIDAD Y LA PRECISIÓN CON LA QUE SE INTERPRETAN LOS DATOS PARA EL MONITOREO Y/O DIAGNOSTICO AL PACIENTE, POR LO CUAL ENTENDEMOS QUE AFREZER UNA SELECCIÓN DE GANANCIA O SENSIBILIDAD DE 1/10, 1/5, 1/2, 1, 2, 5, 10, 20, 50 Y 100 CM/ MV SE ESTARIA PORPORCIONANDO TECNOLOGIA SUPERIOR A LO SOLICITADO, DANDO CUMPLIMIENTO AL PUNTO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR ELECCIÓN DE GANANCIA O SENSIBILIDAD DE 1/10, 1/5, 1/2, 1, 2, 5, 10, 20, 50 Y 100 CM/ MV. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797267	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 2.4	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR CORTINAS DE PLOMO PARA LA MESA, COMO PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN DE LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797268	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR. (PARA SEGUNDO NIVEL), PUNTO 2.7	ENTENDEMOS QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL OFERTAR UN EQUIPO ININTERRUMPIBLE UPS DE AL MENOS 150 KVA CON 30 MINUTOS DE RESPALDO Y FACTOR DE POTENCIA DE ENTRADA MAYOR O IGUAL DE 0.99 A PLENA CARGA EL CUAL SOPORTA EL SISTEMA DE ANGIOGRAFÍA Y EL POLIGRAFO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, PUEDE OFERAR EL UPS QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE Y QUE SOPORTE LA TECNOLOGIA QUE OFERTA.
797269	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	CONVOCATORIA. TERMINOS Y CONDICIONES. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES ES DE 60 DIAS NATURALES. CONTADOS A APARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL ACTO DE FALLO, TAL COMO	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS DE LA CONVOCATORIA. NO. CONSECUTIVO 1.




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797270	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	CONVOCATORIA. TERMINOS Y CONDICIONES. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN	DICE EN LA CONVOCATORIA EN EL NUMERAL 3.PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES, SUBPUNTO 3.1.PLAZO, O SON 120 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL ACTO DE FALLO, TAL COMO SE MENCIONA EN EL DOCUMENTO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES, PUNTO B) PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA 60 DÍAS NATURALES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A 90 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL ACTO DE FALLO. ¿SE ACEPTA? ENTENDEMOS QUE LAS ADECUACIONES INCLUIDAS DENTRO DE LA PROPOSTA INCLUYEN ÚNICAMENTE SALA DE EXPLORACIÓN, CUARTO DE CONTROL Y CUARTO DE MÁQUINAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 35 DE LA LAASSP LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION NO PODRAN SER NEGOCIADAS, POR LO CUAL NO HABRA AMPLIACION DEL TIEMPO DE ENTREGA. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS. NO. CONSECUTIVO 1.
797271	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	3.6. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	ENTENDEMOS QUE LAS ADECUACIONES INCLUIDAS DENTRO DE LA PROPOSTA INCLUYEN ÚNICAMENTE SALA DE EXPLORACIÓN, CUARTO DE CONTROL Y CUARTO DE MÁQUINAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797272	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	3.6. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	ENTENDEMOS QUE, PARA PODER ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO EQUIPAMIENTO, CUALQUIERA QUE SEA EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA SUMINISTRAR E INSTALAR COMO MÍNIMO: TRANSFORMADOR ELÉCTRICO (TIPO PEDESTAL DE 13200V A 480V); TODO EL CABLEADO DE LA LINEA, DESDE SUBESTACIÓN Y HASTA EL BREAKER DE ENTRADA EN CUARTO DE MÁQUINAS ASI COMO TIERRA FÍSICA DEDICADA PARA EL EQUIPO DE ANGIOGRAFÍA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL PROVEEDOR ADJUDICADO SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACION DEL (DE LOS) BIEN(ES) EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS, CONTEMPLANDO LOS ESPACIOS FISICOS DEL AREA DONDE SERAN(N) UBICADO(S), ASI COMO TODAS Y CADA UNA DE LAS ADECUACIONES FISICAS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA INSTALACION, EL APROPIADO Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL(DE LOS) BIEN(ES) OFERTADO(S), ENTRE ELLOS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y/O DE SUMINISTRO DE FLUIDOS Y/O ENERGETICOS Y/O DE LOS ESPACIOS FISICOS NECESARIOS, DETERMINADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD MEDICA RECEPTORA DEL (DE LOS) BIEN(ES) ADJUDICADO(S) EN LA PARTIDA(S)

[Handwritten signature]




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797273	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	OTROS	3.6. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	<p>ENTENDEMOS QUE, PARA PODER ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO EQUIPAMIENTO, CUALQUIERA QUE SEA EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ SUMINISTRAR E INSTALAR UN AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL O MEJOR TECNOLOGÍA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>MENCIONADA(S) Y QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TÉCNICAS, NO. CONSECUTIVO 5.</p> <p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL PROVEEDOR ADJUDICADO SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN DEL (DE LOS) BIEN(ES) EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS, CONTEMPLANDO LOS ESPACIOS FÍSICOS DEL ÁREA DONDE SERÁ(N) UBICADO(S), ASÍ COMO TODAS Y CADA UNA DE LAS ADECUACIONES FÍSICAS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, EL APROPIADO Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL(DE LOS) BIEN(ES) OFERTADO(S), ENTRE ELLOS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y/O DE SUMINISTRO DE FLUIDOS Y/O ENERGETICOS Y/O DE LOS ESPACIOS FÍSICOS NECESARIOS, DETERMINADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD MÉDICA RECEPTORA DEL (DE LOS) BIEN(ES) ADJUDICADO(S) EN LA PARTIDA(S) MENCIONADA(S) Y QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. NO. CONSECUTIVO 5.</p>
797274	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TÉCNICO, RUBRO C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.	<p>ENTENDEMOS QUE, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL RUBRO C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. Y EL RUBRO D. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. PODEMOS ENTREGAR CONTRATOS Y SUS DOCUMENTOS QUE COMPROBEN SU CUMPLIMIENTO, DE BIENES DE LA MISMA NATURALEZA (EQUIPO MÉDICO), COMO PUEDEN SER EQUIPOS DE ANGIOGRAFÍA, RESONANCIA MAGNÉTICA Y</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN DE ACUERDO A LO ASENTADO EN EL NUMERAL 2.3</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797275	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	LEGAL-ADMINISTRATIVA	OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	TOMOGRAFIA, QUE SON EQUIPO MEDICO QUE SON DE LA MISMA NATURALEZA DEL BIEN OBJETO A ESTA LICITACION Y QUE CUMPLEN CON UNA INSTALACION MECANICA MUY SIMILAR A LA SOLICITADA EN ESTA CONVOCATORIA, POR LO CUAL ESTARIAMOS DANDO CUMPLIMNETO A LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ANEXO TÉCNICO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR OPINION POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT VIGENTE, IMSS, INFONAVIT, FECHADAS AL MISMO MES DE LA APERTURA DE PRESENTACION DE OFERTA, Y UNA VEZ ADJUDICADOS, SE PRESENTARÁN NUEVAMENTE CON LA VIGENCIA MÁS RECIENTE.	SE ACPETA SU SOLICITUD.
797277	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	3.6 3.6. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES...	DICE: ... DEBERÁN PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE EL ANEXO TÉCNICO 9 "FORMATO DE CARTA RELATIVO A INSTALACIÓN/DESINSTALACION Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS FISICOS", SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PROPORCIONE DICHO FORMATO YA QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS A LA CONVOCATORIA, LO ANTERIOR A QUE SE INDICA QUE ES UN FORMATO IMSS. GRACIAS.	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS DE LA CONVOCATORIA. NO. CONSECUTIVO 4.
797278	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	RUBRO C. C1 EXPERIENCIA	DICE: ... COPIA(S) SIMPLE(S) DEL CONTRATO(S) O PEDIDO(S) PRESENTADO(S), EN LOS QUE SE VERIFIQUE QUE EL LICITANTE HA SUMINISTRADO A CUALQUIER DEPENDENCIA Y/O INSTITUCIÓN Y/O PARTICULAR, BIENES DE LA MISMA NATURALEZA (EQUIPO MÉDICO), CARACTERÍSTICAS SIMILARES Y/O A LOS VOLÚMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LOS REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE	SE SOLICITAN CONTRATOS DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES AL EQUIPO QUE DESEA OFERTAR. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SE ACLARA QUE LOS CONTRATOS QUE PRESENTE EL LICITANTE DEBERAN DE SER

[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				CONTRATACION, QUE CORRESPONDAN AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 2019 AL 2024; ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS CONTRATOS A PRESENTAR SERAN DE CUALQUIER TIPO DE EQUIPO MÉDICO ES DECIR: MONITORES DE SIGNOS VITALES, ULTRASONIDOS, MAQUINAS DE ANESTESIA, ARCOS EN C, RESONANCIA MAGNÉTICA, ETC., NO ESPECIFICAMENTE DEBEN SER DE EQUIPOS IGUALES A LOS SOLICITADOS EN LAS PARTIDAS OFERTADAS, FAVOR DE CONFIRMAR	
797279	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES INCISO B) PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL TIEMPO DE ENTREGA SERÁ DE 120 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HABIL SIGUIENTE AL ACTO DE FALLO COMO SE INDICA EN EL ANEXO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO B), FAVOR DE CONFIRMAR	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TÉCNICAS, NO. CONSECUTIVO 1.
797280	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO XVII RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS.	DICE: ESCRITO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASP ANEXO IV- ES CORRECTO ENTENDER QUE DEBE DECIR: ESCRITO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASP, FAVOR DE CONFIRMAR.	SE ACLARA QUE EL LICITANTE PRESENTARA ANEXO IV ESCRITO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 71 Y 90 DE LA LAASP.
797281	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO VIII MANIFIESTO DE NACIONALIDAD	DICE: EN TERMINOS DEL NUMERAL 3.1.1 "DOCUMENTACION LEGAL ADMINISTRATIVA" INCISO K & EN TERMINOS DE LO PREVISTO EN NUMERAL 4.1.3 DOCUMENTACION LEGAL BASES DE LA CONVOCATORIA, SE APRECIA QUE ESTE TEXTO ES INCORRECTO Y DEBE HACERSE REFERENCIA AL NUMERAL 13.9 MANIFIESTO DE NACIONALIDAD, FAVOR DE CONFIRMAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION. SE REFIERE AL NUMERAL 13.9 DE LA CONVOCATORIA.
797282	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO VIII MANIFIESTO DE NACIONALIDAD	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA POSITIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PROPORCIONE EL ANEXO VIII MANIFIESTO DE NACIONALIDAD CON EL	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES LEGALES ADMINISTRATIVAS DE LA CONVOCATORIA. NO. CONSECUTIVO 8.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797283	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO XVII RELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS.	TEXTO CORRECTO PARA PODER EMITIR ESTE DE MANERA CORRECTA, POR FAVOR Y GRACIAS ES CORRECTO AGREGAR EN LA RELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTACION TECNICOS, LEGALES EL ANEXO XII OPINIONES DE CUMPLIMIENTO? YA QUE ESTE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA RELACION, FAVOR DE CONFIRMAR.	SE ACLARA QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PRESENTACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EL LICITANTE PODRA PRESENTAR EL ANEXO.
797284	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO XVII RELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS.	LA INFORMACION INDICADA EN LA COLUMNA "NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA" NO COINCIDE CON LOS NUMERALES DE LA CONVOCATORIA DONDE SE SOLICITA LA DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES POSIBLE SE NOS COMPARTA DICHO ANEXO XVII CON LA INFORMACION CORRECTA.	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES LEGALES ADMINISTRATIVAS DE LA CONVOCATORIA. NO. CONSECUTIVO 9.
797285	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	13.2.1 INSCRIPCION EN EL REGISTRO ELECTRONICO DE PERSONAS FISICAS Y MORALES	ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE REGISTRO HACE REFERENCIA AL RUPC Y DE SER ASI BASTARA CON PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE MANIFESTANDO QUE CONTAMOS CON DICHO REGISTRO Y QUE NOS COMPROMETEMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION REQUERIDA EN ESTE ? FAVOR DE CONFIRMAR	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES LEGALES ADMINISTRATIVAS DE LA CONVOCATORIA. NO. CONSECUTIVO 7.
797286	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	COMPRASMX MI PROPOSICION LEGAL - ADMINISTRATIVO	EN LA PLATAFORMA DE COMPRASMX SE ENCUENTRAN HABILITADOS ALGUNOS PARAMETROS PARA LA CARGA DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA, SE APRECIA QUE HACEN FALTA ALGUNOS PARAMETROS / CAMPOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE HABILITARAN MAS PARAMETROS PARA LA CARGA DE LA DEMAS DOCUMENTACION O NOS INDIQUE DONDE DEBEMOS CARGARLA / INCLUIRLA, FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA QUE EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX SE HABILITA UN PARAMETRO PARA QUE EL LICITANTE PUEDA PRESENTAR DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE SU PROPUESTA TECNICA.
797287	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	COMPRASMX MI PROPOSICION	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE CORRIJA EL NOMBRE DEL	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS A LA CONVOCATORIA, No.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	SA DE CV	A	TECNICO - ECONOMICO	PARAMETRO 2 QUE DICE: A2. VISITA A INSTALACIONES INSTITUCIONALES, TOMANDO EN CUENTA QUE DEBE DECIR: A2. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS, AUTORIZACIONES Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS. QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR, LO ANTERIOR A FIN DE SUBIR LA INFORMACION CORRECTA A ESE PARÁMETRO.	CONSECUTIVO 10.
797288	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA A	COMPRASTMX MI PROPOSICION TECNICO - ECONOMICO	EN LA PLATAFORMA DE COMPRASMX EN LA PARTE DE MI PROPOSICION TECNICO Y ECONOMICO NO SE ENCUENTRA HABILITADO EL PARAMETRO PARA EL SUBRUBRO A3 VISITA A INSTALACIONES INSTITUCIONALES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SE HABILITARA ESTE PARAMETRO.	LA VISITA A INSTALACIONES ES OPCIONAL, POR LO CUAL SI EL LICITANTE OPTA POR PRESENTAR EL ANEXO NUMERO 9, PODRA ANEXARLO EN EL PARAMETRO DE DOCUMENTACION TECNICA COMPLEMENTARIA DE LA PLATAFORMA MX
797289	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA A	ANEXO II ESCRITO DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO DEL LICITANTE	DICE: UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD (SEGUN SEA EL CASO) (ESPECIFICAR NOMBRES DE LAS ÁREAS A QUE FUNGIRÁN COMO AREA CONTRATANTE); SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE INFORMACIÓN DEBEMOS COLOCAR EN ESTE APARTADO, FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA QUE LOS DATOS DE LA CONVOCANTE: Instituto Mexicano del Seguro Social Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada Delegación Estatal Guanajuato Jefatura de Servicios Administrativos Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
797290	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿SE ENTIENDE QUE LOS ESPACIOS A INTERVENIR POR PARTE DEL CONVOCADO SE LIMITAN SOLAMENTE A SALA DE EXAMEN, CUARTO DE MAQUINAS Y CUARTO DE CONTROL?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797291	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿LA CONVOCANTE PUEDE PROPORCIONAR PLANOS DEL AREA EN LA QUE SERÁ UBICADO EL EQUIPO DE HEMODINAMIA?	NO ES VIABLE ATENDER SU SOLICITUD, SE BRINDO OPORTUNIDAD DE REALIZAR LA VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797292	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿LA CONVOCANTE PUEDE PROPORCIONAR PLANOS DE LA RUTA DE ACCESO PROPUESTA PARA EL INGRESO DEL EQUIPO DE HEMODINAMIA?	NO ES VIABLE ATENDER SU SOLICITUD, SE BRINDO OPORTUNIDAD DE REALIZAR LA VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797293	GE SISTEMAS	OTROS	PARTIDA 1	¿LA CONVOCANTE CUENTA CON LA	NO SE CUENTA CON CAPACIDAD ELECTRICA, EL

f



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	MEDICOS DE MEXICO SA DE CV		ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	CAPACIDAD ELÉCTRICA EN LA UNIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE HEMODINAMIA?	PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA PROVEER LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797294	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿LA CONVOCANTE PROPORCIONARÁ VOLTAJE HASTA PIE DE SALA PARA ALIMENTAR EL EQUIPO DE HEMODINAMIA?	NO, LOS REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN SERÁN SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797295	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿A QUE DISTANCIA SE ENCUENTRA LA SUBESTACIÓN DE LA SALA A INTERVENIR?	LA DISTANCIA ENTRE LA SUBESTACION A LA SALA ES DE APROXIMADAMENTE 100 METROS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797296	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿CUÁL SERÁ EL RECORRIDO DE LOS ALIMENTADORES ELÉCTRICOS?	CUARTO DE MAQUINAS, CONSERVACION, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, JARDINERA, SALA DE HEMODINAMIA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797297	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿ES POSIBLE CONSIDERAR ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN ALUMINIO? (EQUIVALENTE EN COBRE)	NO SE ACEPTAN ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN ALUMINIO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797298	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿LA CONVOCANTE PROPORCIONARÁ VOLTAJE HASTA PIE DE SALA PARA ALIMENTAR LUMINARIAS Y CONTACTOS DENTRO DE SALA DE EXAMEN, CUARTO DE CONTROL Y CUARTO DE MAGNINAS?	LA ILUMINACION GENERAL SERA SUMINISTRADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA DESTINO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
797299	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿SE ENTIENDE QUE LA CONVOCANTE CUENTA CON EL REFUERZO ESTRUCTURAL SUFICIENTE PARA RECIBIR EL PESO DEL EQUIPO NUEVO DE HEMODINAMIA?	SE CUENTA CON SALA PARA RECIBIR EQUIPO DE HEMODINAMIA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
797300	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿SE CONSIDERA QUE EN CASO DE REQUERIR UN ESTUDIO ESTRUCTURAL, SERÁ REALIZADO POR EL CONVOCADO?	ES CORRECTO EN CASO DE SER NECESARIO UN ESTUDIO ESTRUCTURAL, CORRERA POR CUENTA Y GASTO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797301	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿SE CONSIDERA QUE EN CASO DE REQUERIR UN REFUERZO ESTRUCTURAL, SERÁ REALIZADO POR EL CONVOCADO?	ES CORRECTO EN CASO DE SER NECESARIO UN REFUERZO ESTRUCTURAL, CORRERA POR CUENTA Y GASTO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797302	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿SE ENTIENDE QUE ES NECESARIO POR PARTE DEL CONVOCADO GENERAR UNA TIERRA FÍSICA NUEVA PARA EL EQUIPO DE	ES CORRECTO, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA GENERAR UNA TIERRA FÍSICA NUEVA PARA EL EQUIPO DE HEMODINAMIA. SIN QUE SE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797303	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	SEGUNDO NIVEL) PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	HEMODINAMIA? ¿POR PARTE DEL CONVOCADO, ES CORRECTO CONSIDERAR UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL?	MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. EL PROVEEDOR ADJUDICADO SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN DEL (DE LOS) BIEN(ES) EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS, CONTEMPLANDO LOS ESPACIOS FÍSICOS DEL ÁREA DONDE SERÁ(N) UBICADO(S), ASÍ COMO TODAS Y CADA UNA DE LAS ADECUACIONES FÍSICAS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, EL APROPIADO Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL(DE LOS) BIEN(ES) OFERTADO(S), ENTRE ELLOS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y/O DE SUMINISTRO DE FLUIDOS Y/O ENERGÉTICOS Y/O DE LOS ESPACIOS FÍSICOS NECESARIOS, DETERMINADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD MÉDICA RECEPTORA DEL (DE LOS) BIEN(ES) ADJUDICADO(S) EN LA PARTIDA(S) MENCIONADA(S) Y QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TÉCNICAS, NO. CONSECUTIVO 5.
797304	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	DE LA PREGUNTA ANTERIOR, ¿SE REQUIERE QUE EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DE EXAMEN CUENTE CON FILTROS HEPA E INYECCIÓN DE AIRE DEL EXTERIOR?	EL PROVEEDOR ADJUDICADO SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN DEL (DE LOS) BIEN(ES) EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS, CONTEMPLANDO LOS ESPACIOS FÍSICOS DEL ÁREA DONDE SERÁ(N) UBICADO(S), ASÍ COMO TODAS Y CADA UNA DE LAS ADECUACIONES FÍSICAS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, EL APROPIADO Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL(DE LOS) BIEN(ES) OFERTADO(S), ENTRE ELLOS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y/O DE SUMINISTRO DE FLUIDOS Y/O ENERGÉTICOS Y/O DE LOS ESPACIOS FÍSICOS NECESARIOS, DETERMINADOS




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797305	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿SE ENTIENDE QUE LA CONVOCANTE BRINDARÁ EL ESPACIO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO? ¿SE ENTIENDE QUE ES NECESARIO POR PARTE DEL CONVOCADO CONSIDERAR LOS ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO?	POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD MÉDICA RECEPTORA DEL (DE LOS) BIEN(ES) ADJUDICADO(S) EN LA PARTIDA(S) MENCIONADA(S) Y QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TÉCNICAS. NO. CONSECUTIVO 5. EN LA UNIDAD MÉDICA DESTINO SE BRINDARÁN LOS ESPACIOS PARA LAS INSTALACIONES DEL EQUIPO, AL PROVEEDOR ADJUDICADO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. EL PROVEEDOR ADJUDICADO SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN DEL (DE LOS) BIEN(ES) EN LOS QUE RESULTE ADJUDICADA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS, CONTEMPLANDO LOS ESPACIOS FÍSICOS DEL ÁREA DONDE SERÁN UBICADO(S), ASÍ COMO TODAS Y CADA UNA DE LAS ADECUACIONES FÍSICAS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, EL APROPIADO Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL(DE LOS) BIEN(ES) OFERTADO(S), ENTRE ELLOS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y/O DE SUMINISTRO DE FLUIDOS Y/O ENERGÉTICOS Y/O DE LOS ESPACIOS FÍSICOS NECESARIOS, DETERMINADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD MÉDICA RECEPTORA DEL (DE LOS) BIEN(ES) ADJUDICADO(S) EN LA PARTIDA(S) MENCIONADA(S) Y QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL ÁREA DE INSTALACIÓN DEL BIEN Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TÉCNICAS. NO. CONSECUTIVO 5. SE CUENTA CON 110V GENERALES. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797306	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)		
797307	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿LA CONVOCANTE CUENTA CON LA CAPACIDAD ELÉCTRICA EN SUBESTACIÓN PARA ALIMENTAR EL AIRE ACONDICIONADO?	




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797308	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿SE ENTIENDE POR PARTE DEL CONVOCADO DEBE CONSIDERAR GASES MEDICINALES DENTRO DE SALA DE EXAMEN?	ES CORRECTO, EL CONVOCADO DEBE CONSIDERAR GASES MEDICINALES DENTRO DE SALA DE EXAMEN. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797309	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	DE LA PREGUNTA ANTERIOR, SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿A QUE DISTANCIA SE ENCUENTRA EL CUADRO DE VÁLVULAS DE DONDE NOS TOMAREMOS HASTA SALA DE EXAMEN?	HAY UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 7.5 METROS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797310	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿LA CONVOCANTE PUEDE COMPARTIR MEMORIA DE BLINDAJE DEL ESTADO ACTUAL DE LA SALA?	NO ES VIABLE ATENDER SU SOLICITUD, SE BRINDO OPORTUNIDAD DE REALIZAR LA VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797311	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿SE ENTIENDE QUE EL CONVOCADO REALIZARÁ MEMORIA ANALÍTICA DE BLINDAJES?	ES CORRECTO, EL PROVEEDOR ADJUDICADO REALIZARÁ MEMORIA ANALÍTICA DE BLINDAJES, ENTRE OTROS. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TÉCNICAS. NO CONSECUTIVO 6.
797312	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿SE ENTIENDE QUE EL CONVOCADO, EN CASO DE SER NECESARIO, REALIZARÁ EL BLINDAJE EN SALA PARA LA CORRECTA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA? EN CASO CONTRARIO SE PODRÁ REUTILIZAR LO EXISTENTE EN SALA REFERENTE A PROTECCIÓN RADIOLÓGICA	EL PROVEEDOR ADJUDICADO REALIZARÁ MEMORIA ANALÍTICA DE BLINDAJES, ENTRE OTROS. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TÉCNICAS. NO CONSECUTIVO 6.
797313	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿SE ENTIENDE QUE EL CONVOCADO ENTREGARÁ DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE NIVELES?	ES CORRECTO, EL PROVEEDOR ADJUDICADO REALIZARÁ MEMORIA ANALÍTICA DE BLINDAJES, ENTRE OTROS. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TÉCNICAS. NO CONSECUTIVO 6.
797314	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿A QUE DISTANCIA SE ENCUENTRA EL SITE DE IMAGENOLÓGIA, O EL PUNTO DONDE DEBEMOS CONECTARNOS DE LA SALA A INTERVENIR?	SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 30 METROS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797315	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿SE ENTIENDE QUE LA CONVOCANTE CUENTA CON ESPACIO SUFICIENTE EN EL SWITCH QUE SE NOS ASIGNE PARA CONECTAR LOS NODOS DE RED NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE HEMODINAMIA?	ES CORRECTO, SE CUENTA CON ESPACIO SUFICIENTE EN EL SWITCH PARA CONECTAR LOS NODOS DE RED NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE HEMODINAMIA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797316	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO	¿LA CONVOCANTE BRINDARÁ EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA CONEXIÓN REMOTA DEL	NO, ESTE SERVICIO DE CONECTIVIDAD DEBE SER PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	SA DE CV		MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	EQUIPO DE HEMODINAMIA?	GANADOR. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. NO. CONSECUTIVO 5.
797317	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿SE ENTIENDE QUE EL HORARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ADECUACIÓN ES DIURNO Y SIN LIMITANTES?	ES CORRECTO, EL PROVEEDOR ADJUDICADO PODRA LABORAR EN CUALQUIER DIA DE LA SEMANA Y HORARIO ABIERTO EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD MÉDICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797318	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿SE DEBE CONSIDERAR POR PARTE DEL CONVOCADO UNA TARJA / LAVADO DENTRO DE SALA?	NO, LAS TARJAS YA ESTAN CONTEMPLADAS PARA SUMINISTRO POR OTRA LICITACION. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797319	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿LA GARANTÍA QUE SE SOLICITA EN LAS BASES, ES SOLO PARA EL EQUIPO DE HEMODINAMIA, O DEBE INCLUIR TAMBIÉN LAS ADECUACIONES DE SITIO ASÍ COMO DEL A/A?	LA GARANTÍA SE SOLICITA PARA TODO YA QUE DE MANERA INTEGRAL SE AFECTARIA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y LA SALA EN GENERAL. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797320	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿EXISTE UN EQUIPO INSTALADO EN LA SALA ACTUALMENTE?	NO. NO SE REQUIERE DESINTALACION. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797321	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	DE LA PREGUNTA ANTERIOR, SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿QUÉ MODELO Y MARCA ES EL EQUIPO? ¿ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO?	LA RESPUESTA ANTERIOR NO ES AFIRMATIVA.
797322	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	SE ENTIENDE QUE ES RESPONSABILIDAD DEL CONVOCADO LA DESINSTALACIÓN Y RETIRO DEL EQUIPO, ¿ES CORRECTO?	NO SE REQUIERE DESINTALACION DE EQUIPO PREVIO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797323	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	SE ENTIENDE QUE EL EQUIPO DESINSTALADO SE QUEDA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL, EMPLOYADO ¿ES CORRECTO?	NO SE REQUIERE DESINTALACION. DE EQUIPO PREVIO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797324	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	EL EQUIPO A RETIRAR, SE ENTIENDE QUE NO SERÁ REINSTALADO, ¿ES CORRECTO?	NO SE REQUIERE DESINTALACION. DE EQUIPO PREVIO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797325	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿LA CONVOCANTE CUENTA CON UN ESPACIO DESTINADO PARA COLOCAR EL UPS TOTAL REQUERIDO EN LA LICITACIÓN?	ES CORRECTO, SE CUENTA CON ESPACIO DESTINADO PARA COLOCAR EL UPS TOTAL. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797326	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	SEGUNDO NIVEL) PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	DE LA PREGUNTA ANTERIOR, SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿ESTE ESPACIO CUENTA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE VENTILACION, CLIMATIZACIÓN, ENERGÍA Y SEGURIDAD REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL UPS?	EL AREA SE ENCUENTRA EN OBRA CON LA FINALIDAD DE QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO REALICE LAS ADECUACIONES NECESARIAS DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA QUE OFERTA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797327	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	DE LA PREGUNTA ANTERIOR, SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA, ¿SE ENTIENDE QUE EL CONVOCADO DEBERÁ DE REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL UPS?	ES CORRECTO, EL CONVOCADO DEBERÁ DE REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL UPS
797328	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	DE LA PREGUNTA ANTERIOR, ¿SE ENTIENDE QUE LA CONVOCANTE BRINDARÁ UN ESPACIO DENTRO DEL HOSPITAL PARA QUE EL CONVOCADO CONSTRUYA UN RECINTO PARA EL UPS?	LA CONVOCANTE BRINDARÁ UN ESPACIO, YA SE CUENTA CON UN ESPACIO PARA LA INSTALACION DEL UPS. EL AREA SE ENCUENTRA EN OBRA CON LA FINALIDAD DE QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO REALICE LAS ADECUACIONES NECESARIAS DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA QUE OFERTA
797329	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	OTROS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL)	¿LA CONVOCANTE PROPORCIONARÁ VOLTAJE HASTA PIE DE RECINTO PARA UPS?	NO, LOS REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN SERÁN SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797330	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 1.1.2	LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES EN ANESTESIA INDICAN QUE EN LA MÁQUINA DE ANESTESIA SÓLO DEBEN CONECTARSE LOS EQUIPOS DE MONITOREO DE ANESTESIA Y VAPORIZADORES DE AGENTES ANESTÉSICOS (EN CASO DE REQUERIRSE), POR PROTECCIÓN DE LA UNIDAD Y DEL PACIENTE; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR MÁQUINA DE ANESTESIA CON TRES CONTACTOS INTERCONSTRUIDOS, YA QUE ESTO NO DEMERITA UN APORTE CLÍNICO NI EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797331	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MANÓMETROS DE PRESIÓN DESPLÉGADOS DE FORMA DIGITAL	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR MANÓMETROS DE PRESIÓN DESPLÉGADOS DE FORMA DIGITAL EN LA PANTALLA DEL VENTILADOR CON LA ETIQUETA

[Handwritten signature]




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			PUNTO 1.1.8	EN LA PANTALLA DEL VENTILADOR CON LA ETIQUETA DE CADA GAS DE LA TOMA MURAL (O2, N2 Y AIRE), DE ACUERDO CON TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIN DEMERITAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	DE CADA GAS DE LA TOMA MURAL (O2, N2 Y AIRE). SU PROPOSTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797332	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 1.2.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS ACLARE O COMPARTA EL LISTADO DE LOS VAPORIZADORES REQUERIDOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS, GRACIAS.	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TÉCNICAS DE LA CONVOCATORIA. NO. CONSECUTIVO 2.
797333	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 1.5.3.2	YA QUE EL EQUIPO SOLICITADO REFIERE A UNA ANESTESIA INTERMEDIA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA REQUISITAR PANTALLA DE AL MENOS 15", PERMITIENDO UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS DEL PACIENTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PUEDE REQUISITAR COMO PANTALLA DE AL MENOS 15", SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797334	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 1.5.3.5	CON EL FIN DE PRESENTAR UNA MAYOR MONITORIZACIÓN DE LA MECÁNICA VENTILATORIA DEL PACIENTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, REQUERIR DESPLIEGUE DE AL MENOS TRES CURVAS SIMULÁNEAS EN PANTALLA DEL VENTILADOR, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, NO SE APRECIA PRECISION EN EL PLANTEAMIENTO DE SU PREGUNTA AL NO MENCIONAR EL NUMERAL AL QUE HACE REFERENCIA, POR LO QUE NO ES POSIBLE EMITIR RESPUESTA ESPECÍFICA. DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
797335	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 1.5.4.4	AL SER UNA VENTILACIÓN DE SOPORTE PARA PACIENTES QUE PRESENTAN RESPIRACIONES ESPONTÁNEAS, PERO SIN UN COMPLETO AUTOMATISMO, ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE DE UNA VENTILACIÓN DE RESPALDO EN DICHO MODO EN CASO DE QUE EL PACIENTE PRESENTE APNEAS, BRINDANDO UN SOPORTE VENTILATORIO SEGURO. ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
797336	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 1.5.5.7	CON EL FIN DE PROVEER EQUIPO DE LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA QUE PERMITA AL USUARIO VISUALIZAR UNA MAYOR INFORMACIÓN DEL ESTADO CLÍNICO DEL PACIENTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR TECNOLOGÍA QUE PERMITA AL USUARIO VISUALIZAR UNA MAYOR INFORMACIÓN DEL ESTADO CLÍNICO DEL PACIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797337	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 2.1.2	CONSIDERAR REQUERIR PAUSA INSPIRATORIA QUE GARANTICE MONITOREO DE DRIVING PRESSURE, EVITANDO LA SOBREDISTENSIÓN Y/O BAROTRAUMA EN EL PACIENTE INTUBADO. ¿SE ACEPTA? EL EQUIPO A OFERTAR CUENTA CON AJUSTES, FILTROS Y VALVULAS DE RETENCIÓN INTEGRADOS, ASÍ COMO UN REGULADOR INTERNO QUE REDUCE LA PRESIÓN DE LA BOTELLA HASAT LA PRESIÓN ADECUADA DEL SISTEMA Y UNA VALVULADE DESCOMPENSACIÓN QUE AYUDA A PROTEGER EL SISTEMA DE PRESIONES ELEVADAS, POR LO QUE REQUERIMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE REGULADOR EXTERNO SEA OPCIONAL O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SI ASÍ LO REQUIERE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797338	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 2.1.3	CONSIDERANDO QUE EN EL ÁREA HOSPITALARIA ESTOS ACCESORIOS REQUERIDOS, SON DISTRIBUIDOS POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA. SOLICITAMOS QUE LOS ACCESORIOS DE ESTE PUNTO SE PERMITAN OFERTAR DE MANERA OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797339	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 2.5.2.2	PARA FINES DE REFERENCIACIÓN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BRAZALETE TAMANO ADULTO GRANDE (CIRCUNFERENCIA DE EXTREMIDADES: 31-40 CM) O BRAZALETE DE MUSLO (CIRCUNFERENCIA DE EXTREMIDADES: 38-50 CM). SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR BRAZALETE TAMANO ADULTO GRANDE (CIRCUNFERENCIA DE EXTREMIDADES: 31-40 CM) O BRAZALETE DE MUSLO (CIRCUNFERENCIA DE EXTREMIDADES: 38-50 CM). SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797340	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 3.1.1	CONSIDERANDO QUE EN EL ÁREA HOSPITALARIA ESTOS CONSUMIBLES REQUERIDOS SON DE USO FRECUENTE Y NO EXCLUSIVO DE ESTA PARTIDA, DISTRIBUIDO POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA.	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

[Handwritten signatures and marks]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797341	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 3.1.2	SOLICITAMOS QUE LOS ELECTRODOS DESECHABLES REQUERIDOS SE OFERTEN DE MANERA OPCIONAL, ¿SE ACEPTA? CONSIDERANDO QUE EN EL ÁREA HOSPITALARIA ESTOS CONSUMIBLES REQUERIDOS SON DE USO FRECUENTE Y NO EXCLUSIVO DE ESTA PARTIDA, DISTRIBUIDO POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUUESTA. SOLICITAMOS QUE LOS ELECTRODOS DESECHABLES REQUERIDOS SE OFERTEN DE MANERA OPCIONAL, ¿SE ACEPTA? CONSIDERANDO QUE EN EL ÁREA HOSPITALARIA ESTOS CONSUMIBLES REQUERIDOS SON DE USO FRECUENTE Y NO EXCLUSIVO DE ESTA PARTIDA, DISTRIBUIDO POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUUESTA. SOLICITAMOS QUE LOS ELECTRODOS DESECHABLES REQUERIDOS SE OFERTEN DE MANERA OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797342	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 3.1.3	SOLICITAMOS QUE LOS ELECTRODOS DESECHABLES REQUERIDOS SE OFERTEN DE MANERA OPCIONAL, ¿SE ACEPTA? CONSIDERANDO QUE EN EL ÁREA HOSPITALARIA ESTOS CONSUMIBLES REQUERIDOS SON DE USO FRECUENTE Y NO EXCLUSIVO DE ESTA PARTIDA, DISTRIBUIDO POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUUESTA. SOLICITAMOS QUE LOS ELECTRODOS DESECHABLES REQUERIDOS SE OFERTEN DE MANERA OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797343	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 3.1.3	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ELECTRODOS PEDIÁTRICOS/NEONATAL, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797344	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 3.3, 3.3.1, 3.3.2 Y 3.3.3	DEBEMOS ENTENDER QUE HUBO UN ERROR EN LA REDACCIÓN DE LA CÉDULA, YA QUE ESTOS PUNTOS SE REPITEN, POR LO QUE SOLO DEBEREMOS OFERTAR LAS CANTIDADES DE DESCRITAS EN LOS PRIMEROS PUNTOS, ¿ES ESTO CORRECTO? CONSIDERANDO QUE EN EL ÁREA HOSPITALARIA ESTOS CONSUMIBLES REQUERIDOS SON DE USO FRECUENTE Y NO EXCLUSIVO DE ESTA PARTIDA, DISTRIBUIDO POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUUESTA. SOLICITAMOS QUE LOS ELECTRODOS DESECHABLES REQUERIDOS SE OFERTEN DE	NO ES CORRECTO, SE SOLICITAN MASCARILLAS DE DIFERENTE TAMAÑO, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797345	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 3.4	SOLICITAMOS QUE LOS ELECTRODOS DESECHABLES REQUERIDOS SE OFERTEN DE	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.


Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2


ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797346	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTO 3.7	MANERA OPCIONAL, ¿SE ACEPTA? CONSIDERANDO QUE NUESTRA TECNOLOGIA TIENE DISEÑO EL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES ANESTÉSICOS PASIVO SIN FILTRO (SISTEMA AGS), PARA ELIMINAR LOS GASES DE DESECHO EN ENTORNOS QUIRÚRGICOS; MISMO QUE CONTIENE VÁLVULAS DE ALIVIO DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA PARA PROTEGER TANTO AL PACIENTE COMO EL SISTEMA DE RESPIRACIÓN; REQUIRIENDO SOLO UN TUBO CORRUGADO DE EVACUACIÓN PARA EXTRAER LOS GASES DEL QUIROFANO, RAZÓN POR LA CUAL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y USUARIOS. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAS ESTE PUNTO CON UNA IMAGEN EN NUESTRO HOJA DE DATOS TÉCNICOS. ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTA SU APRECIACION, PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA A OFERTAR, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797347	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. PUNTO: 1.1. SOPORTE CON ARCO MONTADO AL PISO O AL TECHO		SE ACEPTA PUEDE REFERENCIAR CON UNA IMAGEN, LA CONVOCANTE CUENTA CON LAS OPCIONES DE FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797348	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. PUNTO: 1.5.3. CON TECNOLOGÍA DE BALEROS DE METAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: GRAN ANODO DE 160 MM DE DIÁMETRO QUE PERMITE EXPOSICIONES DE ALTA ENERGÍA. DICHA CARACTERÍSTICA ES UNA TECNOLOGIA SIMILAR A LA SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
797349	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. PUNTO: 1.5.4. FLUOROSCOPIA PULSADA PARA CARDIOLOGÍA DE 30 PULSOS/SEG	NUESTRO EQUIPO DE ANGIOGRAFIA PERMITE REALIZAR FLUOROSCOPIA PULSADA DE 30 PULSOS POR SEGUNDO SIN HACER REFERENCIA A ALGUNA REGIÓN ANATÓMICA ESPECIFICA, LO CUAL NOS PERMITE PODER UTILIZAR ESTA FUNCION EN CUALQUIER REGIÓN ANATOMICA, INCLUYENDO	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797350	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. PUNTO: 1.5.5. FLUOROSCOPIA PULSADA PARA VASCULAR DE 7.5 PULSOS/SEG...	CARDIOLOGÍA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: FLUOROSCOPIA PULSADA CON UNA OPCIÓN DE CADENA DE IMÁGENES: 30 FPS (30 PULSOS POR SEGUNDO) ¿SE ACEPTA? NUESTRO EQUIPO PERMITE REALIZAR FLUOROSCOPIA PULSADA DE 7.5 PULSOS POR SEGUNDO SIN HACER REFERENCIA A ALGUNA REGIÓN ANATÓMICA ESPECÍFICA, LO CUAL NOS PERMITE PODER UTILIZAR ESTA FUNCIÓN EN CUALQUIER REGIÓN ANATÓMICA, INCLUYENDO VASCULAR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: FLUOROSCOPIA PULSADA CON UNA OPCIÓN DE CADENA DE IMÁGENES: 7.5 FPS (7.5 PULSOS POR SEGUNDO) ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
797351	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. PUNTO: 1.8.4. CON REALCE DE BORDES, AJUSTE AUTOMÁTICO DE BRILLO ...	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR LA INVERSIÓN NEGATIVA / POSITIVA CON UNA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PUEDE REFERENCIAR CON UNA IMAGEN, LA CONVOCANTE CUENTA CON LAS OPCIONES DE FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797352	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. PUNTO: 1.8.8. CON ANALISIS LVA, QCA, QVA CON CALIBRACION ...	DEBIDO A LA NOMENCLATURA QUE EXISTE EN NUESTRA LITERATURA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: ANALISIS DE ESTENOSIS, ANALISIS VENTRICULAR CON CALIBRACION AUTOMÁTICA EN EL ANGIOGRAFO Y ESTACION DE TRABAJO. EN EL ENTENDIDO QUE CUMPLIMOS CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
797353	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. PUNTO: 1.8.12. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO	EN LA PRACTICA LAS IMAGENES O ESTUDIOS SE ALMACENAN DIRECTAMENTE EN EL DISCO DURO DEL EQUIPO ANGIOGRAFO Y SON	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2


ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797354	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	DE IMAGENES EN CD O DVD.	ENVIADOS AUTOMATICAMENTE A LA ESTACION DE TRABAJO PARA QUE EL USUARIO PUEDE SELECCIONAR LAS SECUENCIAS IDEALES QUE SE GRABARÁN EN DVD O CD. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO COMO: GRABAR IMÁGENES EN CD/DVD DICOM CD/DVD/USB CREACION TOOL. ¿SE ACEPTA? DEBIDO A LA TERMINOLOGIA DENTRO DE NUESTRA LITERATURA Y EN EL ENTENDIDO QUE CUMPLIMOS CON ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVENTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO : SALIDA DE IMAGEN DICOM EN ETHERNET DE 100 MBIT CON ENVÍO AUTOMÁTICO Y TRANSFERENCIA EN SEGUNDO PLANO PARA UNA TRANSMISIÓN RÁPIDA CON UNA INTERACCION MINIMA DEL USUARIO. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: PRESIÓN INVASIVA: 4 CANALES CON MEDIOS. PRESIÓN NO INVASIVA: MODOS AUTOMÁTICO Y MANUAL (OSILOMETRICA). PARAMETROS DE 10 A 400 MMHG CONSIDERANDO QUE ESTA ES UN MAYOR RANGO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797355	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. PUNTO: 2.2.1. CUATRO ENTRADAS DE PRESIÓN INVASIVA Y CON MANEJO ...	EL ESTADO HEMODINAMICO DEL PACIENTE INCLUYE LA PRESION SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA SIMULTANEA ASI COMO LA POSIBILIDAD DE LAS DIFERENTES EDICIONES. NUESTRO SISTEMA DE POLIGRAFIA CUMPLE LA ESPECIFICACION POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: PANTALLA DE MEDICIÓN DE CATH; VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DEL ESTADO HEMODINÁMICO DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797356	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. PUNTO: 2.2.2. MEDICIÓN Y DESPLIEGUE DE PRESIÓN SISTÓLICA ...	EL ESTADO HEMODINAMICO DEL PACIENTE INCLUYE LA PRESION SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA SIMULTANEA ASI COMO LA POSIBILIDAD DE LAS DIFERENTES EDICIONES. NUESTRO SISTEMA DE POLIGRAFIA CUMPLE LA ESPECIFICACION POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: PANTALLA DE MEDICIÓN DE CATH; VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DEL ESTADO HEMODINÁMICO DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO: PANTALLA DE MEDICIÓN DE CATH; VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DEL ESTADO HEMODINAMICO DEL PACIENTE; SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797357	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. PUNTO: 2.2.3. EDICIÓN DE ETIQUETAS O ANOTACIONES GRÁFICAS Y DE ...	DEBIDO A LA NOMENCLATURA QUE CONTIENE NUESTRA LITERATURA Y EN EL ENTENDIDO QUE CUMPLIMOS CON LO SOLICITADO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR UTILIZANDO LAS NOMENCLATURAS EQUIVALENTES PROPIAS: PAO = AO, PVI = PCP, PAP=AM, WDG = GVM, PAD =AD, PVD = VP, PAI = AL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA. PUEDE REFERENCIAR UTILIZANDO LAS NOMENCLATURAS EQUIVALENTES PROPIAS: PAO = AO, PVI = PCP, PAP=AM, WDG = GVM, PAD =AD, PVD = VP, PAI = AL. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797358	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. PUNTO: 2.2.7. SELECCIÓN DE GANANCIA DE 1/4, 1/2, 1, 2 Y 4 CM/MV ...	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: GANANCIA DE LA SEÑAL. LA GANANCIA DE LA SEÑAL AUMENTA LA AMPLITUD DE LA SEÑAL PARA CAMBIAR SEÑAL DE ECG: 1. RESALTE LA SEÑAL QUE DESEA CAMBIAR. 2. OPRIMA LAS TECLAS DE DIRECCIÓN ARRIBA O ABAJO DE GAN. EN EL TECLADO. ADICIONALMENTE INCLUIR UNA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA. PUEDE REFERENCIAR COMO GANANCIA DE SEÑAL, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797359	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. PUNTO: 2.4. MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO DE BAJA OSMOLARIDAD ...	LA PRESENTACION DE NUESTRO MEDIO DE CONTRASTE DE BAJA OSMOLARIDAD ES DE 100 ML, POR LO QUE PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 20 FRASCOS DE 100ML CADA UNO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797680	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA; 4. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES ENTRE OTROS...	DICE: "...EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL DEBERÁ PROPORCIONAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO. EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PAGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES." PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE SERÁ SUFICIENTE EL PRESENTAR TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL EN UNA CARTA CON LA RELACIÓN DE LOS PUNTOS, PÁRRAFOS O SECCIONES EN IDIOMA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PUEDE PRESENTAR TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL EN UNA CARTA CON LA RELACION DE LOS PUNTOS, PARRAFOS O SECCIONES EN IDIOMA DIFERENTE, EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797681	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	3.3 CONDICIONES DE ENTREGA; NUMERAL 2, NOM-229-SSA1-2002	DIFERENTE, EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? DICE: "SEGUN CORRESPONDA, CARTA DEL FABRICANTE EN LA QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR LA NORMA NOM-229-SSA1-2002, Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE; PARA LOS BIENES QUE APLIQUE, ASÍ COMO LA PROPIA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM-229-SSA1-2002 EN EL PROCESO DE INSTALACION DEL EQUIPO ADJUDICADO EN LAS PARTIDAS 1,2, 5 Y 6." PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA CARTA DE CUMPLIMIENTO CON LA NOM-229-SSA1-2002 APLICA ÚNICAMENTE PARA LA PARTIDA 1, CORRESPONDIENTE A UN ANGIÓGRAFO ARCO MONOPLANAR PARA SEGUNDO NIVEL, CONSIDERANDO QUE DICHA NORMA NO APLICA PARA LAS PARTIDAS 2 Y 3, DEBIDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES. FAVOR DE ACLARAR.	LA CARTA DE CUMPLIMIENTO CON LA NOM-229-SSA1-2002 APLICA ÚNICAMENTE PARA LA PARTIDA 1, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797682	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA;	DICE: C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD D. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS "... PERIODO COMPRENDIDO DEL 2019 AL 2024..." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENVIAR CONTRATOS DE EQUIPO MÉDICO, DE PERIODOS ANTERIORES AL 2019, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y PERMITIR AGREDITAR DE MANERA AMPLIA LA EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DEL LICITANTE EN SERVICIOS SIMILARES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.
797688	ESCALA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 PUNTO 1.5.1 JLPP, AOL AAR	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA PROPUESTA	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR TECNOLÓGICA CON PUNTOS FOCALES DE 0.6 MM Y 1.0 MM. SU

[Handwritten signature]




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				TECNOLÓGICA CON PUNTOS FOCALES DE 0.6 MM Y 1.0 MM. EN VIRTUD DE QUE NUESTRA SOLUCIÓN, AL OPERAR CON UNA CAPACIDAD DE 2.6 LP/MM Y 16 BITS (65.536 NIVELES DE GRISES), OFRECE UNA CALIDAD, RESOLUCIÓN Y DEFINICIÓN DE IMAGEN SUPERIOR A LO REQUERIDO (0.5 MM Y 0.8 MM CON 14 BITS, EQUIVALENTES A 16,384 NIVELES DE GRISES), CUYOS PARAMETROS DE RESOLUCIÓN Y CALIDAD NO SE ENCUENTRAN ESPECIFICADOS EN LA FICHA TÉCNICA. EN ESTE SENTIDO, NUESTRA PROPUESTA PROPORCIONA HASTA CUATRO VECES MÁS DEFINICIÓN QUE LA SOLICITADA, ADEMÁS DE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LA DOSIS DE RADIACIÓN AL PACIENTE Y LA RADIACIÓN DISPERSA HACIA EL POE, LO QUE REPRESENTA UN BENEFICIO CLÍNICO Y OPERATIVO CONSIDERABLE. ¿SE ACEPTA?	PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797689	ESCALA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 PUNTO 1.5.1	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE JUSTIFIQUE, CON FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y CLÍNICOS, EL RECHAZO AL PLANTEAMIENTO. CONSIDERAMOS QUE UNA RESTRICCIÓN DE ESTA NATURALEZA LIMITA DE MANERA INJUSTIFICADA LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA, CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 FRACCIÓN V. DE LA LEY DE ADQUISICIONES	NO ES NEGATIVA LA RESPUESTA AL PLANTEAMIENTO ANTERIOR,
797690	ESCALA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 PUNTO 2.2.5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTA ESPECIFICACIÓN SEA CONSIDERADA COMO OPCIONAL, YA QUE EL PACIENTE DEBE PERMANECER CONECTADO EN TODO MOMENTO A UNA MÁQUINA DE ANESTESIA, LA CUAL ESTÁ INCLUIDA EN LA PARTIDA 2: "UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA", CUMPLIENDO CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: • 1.7.9.2 CO2	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

[Handwritten signature]




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797691	ESCALA BIOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 PUNTO 2.2.5	<p>O 1.7.9.2.1 MEDICIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA MAINSTREAM, SIDESTREAM O MICROSTREAM.</p> <p>O 1.7.9.2.2 DESPLIEGUE DE CURVA Y VALORES NUMÉRICOS DE CO2 INSPIRADO Y ESPIRADO.</p> <p>• 1.7.9.8 GASES</p> <p>O 1.7.9.8.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE O2 INSPIRADO Y ESPIRADO.</p> <p>O 1.7.9.8.2 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE N2O INSPIRADO Y ESPIRADO.</p> <p>O 1.7.9.8.3 IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE AGENTES ANESTÉSICOS.</p> <p>O 1.7.9.8.4 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN DE GASES ANESTÉSICOS INSPIRADOS Y ESPIRADOS.</p> <p>O 1.7.9.8.5 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN ALVEOLAR MÍNIMA (MAC).</p> <p>O 1.7.9.8.6 DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE AGENTES ANESTÉSICOS SIMULTÁNEOS Y DESPLIEGUE DE LA CONCENTRACIÓN MÁS ALTA.</p> <p>DADO QUE ESTOS PARÁMETROS (GASES ANESTÉSICOS Y CO2) YA ESTÁN CUBIERTOS POR LA UNIDAD DE ANESTESIA, CONSIDERAMOS INNECESARIO REQUERIR UN ADITAMENTO ADICIONAL. ADEMÁS, EL USO DE UN ACCESORIO EXTRA INCREMENTA EL RIESGO DE DESCANULACIÓN DEL PACIENTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO, DEBIDO AL PESO ADICIONAL SOBRE EL CIRCUITO RESPIRATORIO, SIN OFRECER BENEFICIOS ADICIONALES EN CUANTO A RANGOS DE MEDICIÓN, YA QUE ESTOS SON EQUIVALENTES A LOS QUE PROPORCIONA EL EQUIPO DE ANESTESIA.</p>	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797703	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA; 4.LICENCIAS, PERMISOS, REGISTRO...	INTERNACIONALES, ESTÁN DISEÑADOS COMO PLATAFORMAS MODULARES Y ESCALABLES, LO CUAL PERMITE AÑADIR SENSORES COMO "CAPNÓGRAFOS" SIN AFECTAR LA INTEGRIDAD, INTEROPERABILIDAD NI FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, LO QUE INCLUSO OPTIMIZA EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO DICE: "E) NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL, NORMA DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES." PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO A TODAS LAS PARTIDAS, SE NECESITA ANEXAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL, NORMA DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, LA CARTA DE CUMPLIMIENTO CON LA NOM-229-SSA1-2002 APLICA ÚNICAMENTE PARA LA PARTIDA 1. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797704	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA	PREGUNTA: CON RELACIÓN AL CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA, ESPECÍFICAMENTE CON LOS APARTADOS QUE COMPRENDEN DESDE "5.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO " HASTA EL APARTADO "TIEMPOS MAXIMOS DE REPARACION O ATENCION DE FALLAS.", Y LOS PUNTOS SEÑALADOS EN "7.GARANTIAS DE ANTICIPOS, CUMPLIMIENTOS, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE BIENES. CALIDAD DE LOS BIENES, OPERACION Y FUNCIONAMIENTO, QUE EN SU CASO APLIQUEN, LAS CUALES DEBEN INDICAR", TIENE UN CARÁCTER INFORMATIVO Y ESTÁ DIRIGIDA ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, EN VIRTUD DE QUE DESCRIBE COMPROMISOS Y ACCIONES QUE DEBERÁN CUMPLIRSE POSTERIORMENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, POR LO QUE, PARA CUMPLIR CON LO REQUERIDO EN ESTOS APARTADOS, SERÁ	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE REQUIERE CARTA, SERÁN RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES DEL PROVEEDOR ADJUDICADO AL FORMAR PARTE DE LAS PRESENTES BASES.




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797705	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.2.4	<p>SUFICIENTE LA PRESENTACION DE UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, EN EL QUE SE MANIFIESTE EL COMPROMISO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DICHO RANGO DE APARTADOS, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p> <p>DICE: "MOVIMIENTO AXIAL MOTORIZADO DE PANTALLA PLANA (FLAT PANEL), PARA AJUSTAR LA DISTANCIA FOCO-PACIENTE."</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "MOVIMIENTO DEL FPD ATRÁS/ADELANTE PARA AJUSTAR LA DISTANCIA FOCO-PACIENTE", DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO Y SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?</p> <p>DICE: "PROTECCIÓN PARA EVITAR COLISIONES."</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "SENSOR DE COLISIONES EN EL FPD Y EN EL COLIMADOR", DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO Y SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR "MOVIMIENTO DEL FPD ATRÁS/ADELANTE PARA AJUSTAR LA DISTANCIA FOCO-PACIENTE" SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
797706	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.3.1	<p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "SENSOR DE COLISIONES EN EL FPD Y EN EL COLIMADOR", DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO Y SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR "SENSOR DE COLISIONES EN EL FPD Y EN EL COLIMADOR" SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
797707	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.5	<p>DICE: "SISTEMA DE RAYOS X"</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "TUBO DE RAYOS X", DE ACUERDO CON LA</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO "TUBO DE RAYOS X". SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797708	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.5.1	<p>NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO Y SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p> <p>DICE: "TUBO DE RAYOS X CON 2 O 3 PUNTOS FOCALES EN MM, UNO DE ELLOS DE 0.5 O MENOR Y DE 0.8 O MENOR Y EN CASO DE UN TERCER PUNTO DE 1.0 O MENOR"</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR PUNTOS FOCALES CON UNA DIFERENCIA DE +/- 0.2 MM, LO CUAL NO AFECTA LA CALIDAD DE IMAGEN. COMO REFERENCIA DE ESTO, SE PUEDE REVISAR EL ARTÍCULO "IMPACT OF FOCAL SPOT SIZE ON RADIOLOGIC IMAGE QUALITY: A VISUAL GRADING ANALYSIS" DE SINEAD GORHAM Y PATRICK C. BRENNAN, PUBLICADO EN LA REVISTA RADIOGRAPHY, EN EL AÑO 2010, EL CUAL HACE UNA COMPARACIÓN ENTRE DISTINTOS TAMAÑOS DE PUNTOS FOCALES PARA DEMOSTRAR LA DIFERENCIA REAL ENTRE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS USANDO CADA UNO DE ELLOS. CONCLUYENDO QUE EL IMPACTO DEL TAMAÑO DEL PUNTO FOCAL ES LIMITADO, ASÍ COMO RESALTANDO LOS PUNTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE USAR TUBOS CON MÚLTIPLES PUNTOS FOCALES A FUTURO (PARA PODER CONSULTAR EL ARTÍCULO Y VISUALIZAR UN ANÁLISIS MÁS DETALLADO DE LO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD, INGRESAR AL SIGUIENTE LINK: HTTPS://CONDUITLIFE- MY.SHAREPOINT.COM/:F/G/PERSONAL/LICITA CIONES_CONDUITLIFE_MX/EF1DUZFVNVJV9 R3OKW0UG8B1M1- 01VQ4WXXW2LEZAEWEG?E=YINZZ).</p> <p>ADICIONALMENTE AL SER PROCESADA CON LA TECNOLOGÍA DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES PROPIA DE LA MARCA QUE ESTÁ</p>	<p>NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</p>

[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797709	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.5.1	<p>CONFORMADA POR UN SISTEMA CON ALTA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO QUE INTEGRALIA, AUNADA A UN DETECTOR DE ALTA RESOLUCIÓN DE ADQUISICIÓN QUE SUPERA LO SOLICITADO, PERMITIENDO OBTENER UNA EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN. ¿SE ACEPTA?</p> <p>EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE JUSTIFIQUE, CON FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y CLÍNICOS, EL RECHAZO AL PLANTEAMIENTO CONSIDERAMOS QUE UNA RESTRICCIÓN DE ESTA NATURALEZA LIMITA DE MANERA INJUSTIFICADA LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA, CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES.</p> <p>CABE SEÑALAR QUE LA DIFERENCIA EN RESOLUCIÓN ENTRE LOS TAMAÑOS 0.5/0.8 MM Y 0.6/1.0 MM ES MÍNIMA Y CLÍNICAMENTE IRRELEVANTE EN LA PRÁCTICA HABITUAL, DADO QUE LA RESOLUCIÓN FINAL DEL SISTEMA TAMBIÉN DEPENDE DE OTROS FACTORES DETERMINANTES COMO EL TIPO DE DETECTOR, EL MOVIMIENTO DEL PACIENTE Y LA GEOMETRÍA DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPO.</p> <p>PERMITIR ESTA ALTERNATIVA TÉCNICA NO SOLO FOMENTA UNA MAYOR APERTURA A LA COMPETENCIA, SINO QUE TAMBIÉN IMPULSA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA MÁS ROBUSTA Y FUNCIONAL, EN CONCORDANCIA CON LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, FUNCIONALIDAD Y MÁXIMA UTILIDAD PÚBLICA QUE DEBEN REGIR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL SECTOR SALUD</p> <p>DICE: "FLUOROSCOPIA PULSADA PARA CARDIOLOGÍA DE 30 PULSOS/SEGUNDO O MAYOR."</p>	<p>LA MÍNIMA DIFERENCIA QUE MANIFIESTA AFECTA EL PUNTO FOCAL EN RAYOS X ES DE CRUCIAL IMPORTANCIA, YA QUE DETERMINA LA RESOLUCIÓN DE LA IMAGEN RADIOGRÁFICA. UN PUNTO FOCAL PEQUEÑO PRODUCE IMÁGENES MÁS NÍTIDAS MEJORANDO LA RESOLUCIÓN ESPACIAL Y DETALLADAS, MIENTRAS UN PUNTO FOCAL GRANDE GENERA IMÁGENES MÁS BORROSAS, ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA DETALLES PEQUEÑOS EN IMÁGENES, COMO EN LA ANGIOGRAFÍA PARA DETECTAR CUALQUIER ANOMALÍA EN EL TRAYECTO.</p>
797710	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.5.4		<p>SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "FRECUENCIA DE PULSO: 30, 15, 10, 7.5, 6, 5, 3.75, 3, 2, 1 PPS". SU</p>




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				<p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "FRECUENCIA DE PULSO: 30, 15, 10, 7.5, 6, 5, 3.75, 3, 2, 1 PPS". GARANTIZANDO QUE ESTE RANGO CUBRE LOS PROTOCOLOS DE CARDIOLOGIA, ASI COMO LOS PROTOCOLOS DE CABEZA, AORTA, VASCULARES, ABDOMEN, PERIFÉRICOS, ESTUDIOS ELECTROFISIOLÓGICOS Y PEDIÁTRICOS, SIENDO QUE EN LOS MANUALES NO SE REGISTRA DE MANERA TEXTUAL QUE ESPECÍFICAMENTE APLICA PARA CIERTO PROTOCOLO O PROCEDIMIENTO, DE ACUERDO CON LA MANERA EN QUE EL FABRICANTE MANEJA ESA INFORMACIÓN Y CON EL OBJETIVO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
797711	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.5.5	<p>DICE: "FLUOROSCOPIA PULSADA PARA VASCULAR DE 7.5 PULSOS/SEGUNDO O MENOR."</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "FRECUENCIA DE PULSO: 30, 15, 10, 7.5, 6, 5, 3.75, 3, 2, 1 PPS". GARANTIZANDO QUE ESTE RANGO CUBRE LOS PROTOCOLOS DE CARDIOLOGIA, ASI COMO LOS PROTOCOLOS DE CABEZA, AORTA, VASCULARES, ABDOMEN, PERIFÉRICOS, ESTUDIOS ELECTROFISIOLÓGICOS Y PEDIÁTRICOS, SIENDO QUE EN LOS MANUALES NO SE REGISTRA DE MANERA TEXTUAL QUE ESPECÍFICAMENTE APLICA PARA CIERTO PROTOCOLO O PROCEDIMIENTO, DE ACUERDO CON LA MANERA EN QUE EL FABRICANTE MANEJA ESA INFORMACIÓN Y CON EL OBJETIVO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR "FRECUENCIA DE PULSO: 30, 15, 10, 7.5, 6, 5, 3.75, 3, 2, 1 PPS". SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>

[Handwritten signature and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797712	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.7.1.3	DICE: "CON NUEVE SEÑALES DE ENTRADA O MAYOR." PREGUNTA: PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "CON DIECINUEVE CANALES DE ENTRADA", DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO Y SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR "CON DIECINUEVE CANALES DE ENTRADA". SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797713	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.7.1.5	DICE: "CON MONITOREO O DESPLIEGUE DE DOSIS EN EL MONITOR DEL SISTEMA." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "CON ESTABILIZACIÓN RÁPIDA DE BRILLO PARA VISIBILIDAD INSTANTÁNEA", DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO Y SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO "CON ESTABILIZACIÓN RÁPIDA DE BRILLO PARA VISIBILIDAD INSTANTÁNEA". SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797714	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.7.3	DICE: "SEGUIMIENTO DEL BOLO PARA ANGIOGRAFÍA PERIFÉRICA." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "CON DESPLIEGUE DEL ÁREA DE DOSIS EN EL MONITOR DEL SISTEMA", DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO Y SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO "CON DESPLIEGUE DEL ÁREA DE DOSIS EN EL MONITOR DEL SISTEMA". SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797715	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.7.10	DICE: "SEGUIMIENTO DEL BOLO PARA ANGIOGRAFÍA PERIFÉRICA." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR "APLICACIÓN QUE HACE UN SEGUIMIENTO DE CONTRASTE MIENTRAS SE MUEVE LIBREMENTE LA MESA DE PACIENTE EN DIRECCIÓN LONGITUDINAL Y LATERAL Y CREA AUTOMÁTICAMENTE UNA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797716	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.7.12	REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "APLICACIÓN QUE HACE UN SEGUIMIENTO DE CONTRASTE MIENTRAS SE MUEVE LIBREMENTE LA MESA DE PACIENTE EN DIRECCIÓN LONGITUDINAL Y LATERAL Y CREA AUTOMÁTICAMENTE UNA IMAGEN UNIDA DESPUÉS DE LA ADQUISICIÓN", DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO Y SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA? DICE: "REALCE DEL STENT EN TIEMPO REAL." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "REALCE DEL STENT EN TIEMPO REAL ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE SU COLOCACIÓN", PROPIA DEL FABRICANTE, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO Y SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	IMAGEN UNIDA DESPUÉS DE LA ADQUISICIÓN". SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR "REALCE DEL STENT EN TIEMPO REAL ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE SU COLOCACIÓN". SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797717	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.7.13	DICE: "FILTROS DE COBRE PARA REDUCCIÓN DE DOSIS." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "FILTROS DE COBRE", EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTOS FILTROS TIENEN LA FINALIDAD DE REDUCIR LAS DOSIS DE RADIACIÓN, MAS NO SE CARACTERÍSTICA, DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA MANEJADA POR EL FABRICANTE, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO Y SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "FILTROS DE COBRE", SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797718	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.8.3	DICE: "CON SUSTRACCIÓN DIGITAL EN TIEMPO REAL (DSA), MODO CINE Y MODO DE MÁSCARA." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "CON SUSTRACCIÓN DIGITAL (DSA) Y SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES TIPO DSA SIN MÁSCARA".	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO "CON SUSTRACCIÓN DIGITAL (DSA) Y SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES TIPO DSA SIN ADQUISICIÓN DE MÁSCARA ALTAMENTE

[Handwritten signature]




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797719	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.8.7	<p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "CON SUSTRACCIÓN DIGITAL (DSA) Y SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES TIPO DSA SIN ADQUISICIÓN DE MÁSCARA ALTAMENTE TOLERANTE AL MOVIMIENTO INVOLUNTARIO DEL CUERPO", DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO Y SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p> <p>DICE: "REMOCIÓN DE HUESO PARA ANÁLISIS VASCULAR."</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "REMOCIÓN DEL HUESO", TOMANDO EN CUENTA QUE ESTA FUNCIÓN PERMITE EL ANÁLISIS Y MEDICIÓN VASCULAR ADEMÁS DE CONTAR CON HERRAMIENTAS PROPIAS PARA ELLO INCLUIDAS EN EL SISTEMA DE PROCESAMIENTO ESTÁNDAR DE LAS IMÁGENES, DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO Y SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p> <p>DICE: "DICOM WORKLIST."</p>	<p>TOLERANTE AL MOVIMIENTO INVOLUNTARIO DEL CUERPO"</p> <p>SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR "REMOCIÓN DEL HUESO", SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
797720	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.8.11.5	<p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "DICOM MODALITY WORK LIST", DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO Y SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p> <p>DICE: "DICOM WORKLIST."</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "DICOM MODALITY WORK LIST". SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
797721	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.9.6	<p>DICE: "REMOCIÓN DE HUESO PARA ANÁLISIS VASCULAR."</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO "REMOCION DEL HUESO", SU PROPUESTA SERA</p>




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797722	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.9.8	<p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "REMOCIÓN DEL HUESO", TOMANDO EN CUENTA QUE ESTA FUNCIÓN PERMITE EL ANALISIS Y MEDICIÓN VASCULAR ADEMÁS DE CONTAR CON HERRAMIENTAS PROPIAS PARA ELLO INCLUIDAS EN EL SISTEMA DE PROCESAMIENTO ESTÁNDAR DE LAS IMÁGENES, DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO Y SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p> <p>DICE: "RECONSTRUCCIÓN 3D VASCULAR PERIFÉRICO."</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "RECONSTRUCCIÓN 3D VASCULAR", TOMANDO EN CUENTA QUE ESTA FUNCIÓN PERMITE LA RECONSTRUCCIÓN 3D VASCULAR NO SOLO EN PERIFÉRICOS, SINO TAMBIÉN RECONSTRUCCIÓN VASCULAR CEREBRAL Y DEL CORAZÓN, SIENDO ESTA HERRAMIENTA MENCIONADA DE MANERA GENERAL ENGLOBANDO ESTAS HERRAMIENTAS EN UNO MISMO, DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO Y SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p> <p>SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR "RECONSTRUCCIÓN 3D VASCULAR", SU PROPOSTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
797723	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 2.1	<p>DICE: "INYECTOR DE MEDIOS DE CONTRASTE DE FLUJO VARIABLE Y DE ALTA PRESIÓN, INTERFASADO O SINCRONIZADO AL EQUIPO PRINCIPAL"</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO "INYECTOR DE MEDIO DE CAUDAL VARIABLE DE ALTA PRESIÓN, INTERFASADO AL EQUIPO PRINCIPAL". SU PROPOSTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>


Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797724	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 2.2	<p>REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "INYECTOR DE MEDIO DE CAUDAL VARIABLE DE ALTA PRESIÓN, INTERFASADO AL EQUIPO PRINCIPAL", DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO Y SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p> <p>DICE: "SISTEMA DE POLIGRAFÍA INTERFASADO AL EQUIPO DE LA MISMA MARCA DEL ANGIÓGRAFO."</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE POLIGRAFÍA DE UNA MARCA DIFERENTE A LA DEL ANGIÓGRAFO, ASEGURANDO SU TOTAL COMPATIBILIDAD CON EL EQUIPO PRINCIPAL, LO QUE PERMITIRÍA ACCEDER A TECNOLOGÍA CON MEJORES PRESTACIONES PARA OPTIMIZAR PROCEDIMIENTOS MÉDICOS. AL SER UN ACCESORIO DE ALTA ESPECIALIDAD, LA DIVERSIDAD DE PROVEEDORES FACILITA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, BENEFICIANDO LA PRECISIÓN EN EL MONITOREO HEMODINÁMICO Y LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. ADEMÁS, LA EXCLUSIVIDAD DE MARCA NO ES UN REQUISITO TÉCNICO INDISPENSABLE, POR LO QUE ABRIER LA POSIBILIDAD DE INTEGRAR SISTEMAS COMPATIBLES ASEGURA QUE SE PERMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN A TODOS LOS OFERENTES Y EL ACCESO A SOLUCIONES INNOVADORAS EN EL SECTOR SALUD. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797725	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 2.2	<p>EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR NO SEA FAVORABLE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINE LA EXIGENCIA ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 2.2. DE QUE EL SISTEMA DE POLIGRAFÍA ESTÉ</p>	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797726	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 2.2.5	<p>INTERFASADO AL EQUIPO Y SEA DE LA MISMA MARCA DEL ANGIÓGRAFO. ESTA CONDICIÓN CARECE DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, CLÍNICA Y LEGAL, Y CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN INDEBIDA A LA LIBRE CONCURRENCIA, CONTRAVINIENDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN, LOS ARTÍCULOS 1, 26 Y 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL ARTÍCULO 29 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SALUD Y EL REGLAMENTO DEL IMSS.</p> <p>EL ANGIÓGRAFO CONFORME A SU FICHA TÉCNICA, CUENTA CON MÚLTIPLES INTERFACES UNIVERSALES QUE GARANTIZAN LA INTEROPERABILIDAD CON SISTEMAS DE POLIGRAFÍA DE DIFERENTES MARCAS, CUMPLIENDO CON LOS MISMOS ESTÁNDARES CLÍNICOS. NO EXISTE DEPENDENCIA TÉCNICA QUE EXIJA LA MARCA ÚNICA, Y FORZARLA SIN SUSTENTO EXPLÍCITO VIOLA EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN ENTRE LICITANTES Y FAVORECE EXCLUSIVAMENTE A 3 MARCAS COMERCIALES QUE CUMPLEN CON DICHA COMBINACIÓN MARCA-MODELO.</p> <p>LA PRÁCTICA CLÍNICA NACIONAL E INTERNACIONAL ADMITE LA INTEGRACIÓN SEGURA Y EFICIENTE DE EQUIPOS DE DISTINTOS FABRICANTES. OBLIGAR A UNA SOLUCIÓN MONOMARCA RESTRINGE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, ENCARECE LA CONTRATACIÓN Y COMPROMETE LA SOSTENIBILIDAD OPERATIVA. POR LO ANTERIOR, ¿RECONSIDERA LA CONVOCANTE MODIFICAR EL NUMERAL 2.2, PARA PERMITIR SISTEMAS DE POLIGRAFÍA COMPATIBLES, SIN REQUERIMIENTO DE MARCA ÚNICA?</p> <p>DICE: "RESPIRACIÓN/CO2."</p>	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE

[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				<p>PREGUNTA: DADO QUE LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE UN SISTEMA DE POLIGRAFÍA ES EL REGISTRO DE PARÁMETROS HEMODINÁMICOS, COMO ECG, PRESIÓN INVASIVA Y OXIMETRÍA, LA MEDICIÓN DE RESPIRACIÓN Y CO2 NO ES UN REQUISITO FUNDAMENTAL PARA SU DESEMPEÑO. ESTOS PARÁMETROS SE MONITOREAN DE MANERA MÁS EFICIENTE MEDIANTE MONITORES DE SIGNOS VITALES CONVENCIONALES, OPTIMIZANDO RECURSOS Y EVITANDO COMPLEJIDAD INNECESARIA EN EL SISTEMA. LA EXCLUSIÓN DE LA MEDICIÓN DE RESPIRACIÓN Y CO2 GARANTIZA UNA INTEGRACIÓN MÁS EFICIENTE Y COSTO-EFECTIVA, MANTENIENDO EL ENFOQUE EN LA EVALUACIÓN CARDIOVASCULAR REQUERIDA EN PROCEDIMIENTOS INTERVENCIONISTAS. POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR LA OFERTA DE UN SISTEMA DE POLIGRAFÍA SIN MEDICIÓN DE RESPIRACIÓN Y CO2, ASEGURANDO QUE ESTO NO AFECTARÁ SU DESEMPEÑO EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LOS QUE ESTÁ DESTINADO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</p>
797727	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1. PUNTO 2.2.5	<p>EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE OFERTAR UN MÓDULO INTEGRADO AL SISTEMA DE POLIGRAFÍA. LOS SISTEMAS DE POLIGRAFÍA ACTUALES, CONFORME A ESTÁNDARES INTERNACIONALES, ESTÁN DISEÑADOS COMO PLATAFORMAS MODULARES Y ESCALABLES, LO CUAL PERMITE AÑADIR SENSORES COMO "CAPNÓGRAFOS" SIN AFECTAR LA INTEGRIDAD, INTEROPERABILIDAD NI FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, LO QUE INCLUSO OPTIMIZA EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO. RESTRINGIR LA OFERTA ÚNICAMENTE A SISTEMAS CON TODOS LOS COMPONENTES</p>	<p>NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</p>

[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797728	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 2.2.12	<p>INTEGRADOS DE FABRICA LIMITA INJUSTIFICADAMENTE LA PARTICIPACIÓN DE OFERENTES, EN CONTRAVENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 26 Y 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO Y EL ARTICULO 134 CONSTITUCIONAL, QUE MANDATAN FAVORECER LA LIBRE CONCURRENCIA Y EVITAR VENTAJAS INDEBIDAS. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE EVIDENCIA/ TÉCNICA NI CLÍNICA QUE SUSTENTE QUE LOS MÓDULOS INTEGRADOS AFECTEN EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA, POR EL CONTRARIO, ESTOS SISTEMAS PERMITEN MAYOR FLEXIBILIDAD TECNOLÓGICA, REDUCEN COSTOS Y FACILITAN EL MANTENIMIENTO, EN LÍNEA CON EL PRINCIPIO DE EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD PRESUPUESTARIA QUE RIGE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y CON LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SALUD Y EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DEL IMSS.</p> <p>POR LO ANTERIOR, ¿CONSIDERA LA CONVOCANTE PERMITIR LA INTEGRACIÓN MODULAR DE SENSORES, SIEMPRE QUE SE GARANTICE COMPATIBILIDAD, FUNCIONALIDAD PLENA E INTEROPERABILIDAD CLÍNICA CON EL SISTEMA DE POLIGRAFÍA OFERTADO PREGUNTA: EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE CAPNOGRAFÍA INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE POLIGRAFÍA PARA LA MONITORIZACIÓN QUE SE SOLICITA EN ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?</p> <p>DICE: "CON DOS PANTALLAS PLANAS A COLOR DE 19" O MAYOR CON TECNOLOGÍA LCD O</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PUEDE OFERTAR DOS PANTALLAS PARA EL SISTEMA DE

[Handwritten signature]




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797729	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 2.2.13	TFT, 2 EN EL ÁREA DE CONTROL. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE CON ESTE PUNTO SE REFIEREN A QUE SE DEBEN OFERTAR ÚNICAMENTE DOS PANTALLAS PARA EL SISTEMA DE POLIGRAFÍA, LAS CUALES SE UBICARÁN EN LA SALA DE CONTROL Y DEBEN OPERAR ÚNICAMENTE COMO MONITORES REMOTOS DE VISUALIZACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? DICE: "CON DOS PANTALLAS PLANAS A COLOR DE 19" O MAYOR CON TECNOLOGÍA LCD O TFT, 2 EN EL ÁREA DE CONTROL" PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA PLANA A COLOR DE 19" LCD INTEGRADA AL SISTEMA DE POLIGRAFÍA Y UNA SEGUNDA PANTALLA DE 19" LCD EXTERNA, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON EL SISTEMA DE POLIGRAFÍA. ¿SE ACEPTA? DICE: "TAMAÑO ENTRE 4.5" HASTA 12" COMO MÁXIMO".	POLIGRAFÍA, SU PROPOSTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR PANTALLA PLANA A COLOR DE 19" LCD INTEGRADA AL SISTEMA DE POLIGRAFIA Y UNA SEGUNDA PANTALLA DE 19" LCD EXTERNA. SU PROPOSTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797730	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 1.3.3	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA CON DIMENSIONES DE 12.1" (±1 CM), DADO QUE LA VARIACION FRENTE A LAS 12" REQUERIDAS ES TÉCNICAMENTE IRRELEVANTE Y NO COMPROMETE FUNCIONALIDAD, COMPATIBILIDAD NI INSTALACIÓN, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN SIN JUSTIFICACIÓN TÉCNICA-CLÍNICA. EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA, SOLICITAMOS SE FUNDE Y MOTIVE TÉCNICA Y CLÍNICAMENTE LA RESPUESTA, YA QUE DE LO CONTRARIO, SE ESTARÍA INCURRIENDO EN UNA RESTRICCIÓN ARBITRARIA QUE PUEDE DAR LUGAR A IMPUGNACIONES POR LIMITAR LA COMPETENCIA DE FORMA INJUSTIFICADA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797731	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 1.4.1	DICE: "VOLUMEN CORRIENTE (ML)". PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN 'VOLUMEN TIDAL' ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PUEDE OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN 'VOLUMEN TIDAL'. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797732	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 1.4.7	DICE: "RESPIRACIÓN MANUAL". PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN 'INSPIRACIÓN MANUAL' ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PUEDE OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN 'INSPIRACION MANUAL'. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797733	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 1.4.9	DICE: "PRESIÓN SOPORTE (PSV), PRESIÓN ASISTIDA O ASB (CMH2O)". PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESIÓN SOPORTE EN EL MODO CONTROLADO POR PRESIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797734	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 1.4.11	DICE: "AJUSTE DE RAMPA DE PRESIÓN, RISE TIME, RETARDO INSPIRATORIO, RAMPA O INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN, TIEMPO DE ELEVACIÓN". PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN 'TIEMPO DE SUBIDA DE PRESIÓN (TRISE)'. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN 'TIEMPO DE SUBIDA DE PRESIÓN (TRISE)' SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797735	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 1.6.3	DICE: "VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y ESPIRADO". PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN 'VOLUMEN TIDAL INSPIRATORIO Y VOLUMEN TIDAL ESPIRATORIO'. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN 'VOLUMEN TIDAL INSPIRATORIO Y VOLUMEN TIDAL ESPIRATORIO'. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797736	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO	DICE: FIO2 PREGUNTA: SOLICITAMOS	SE ACEPTA PUEDE OFERTAR LA NOMENCLATURA

[Handwritten signatures and marks]




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	CV		1.6.9	AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN 'CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO (0%)' ¿SE ACEPTA?	PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN 'CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO (0%)'. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797737	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 1.7.3	DICE: 'PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE.'. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN 'DESVIACIÓN DEL NIVEL ESTABLECIDO DE PEEP Y DESCONEXIÓN DEL NIVEL CIRCUITO'. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PUEDE OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN 'DESVIACIÓN DEL NIVEL ESTABLECIDO DE PEEP Y DESCONEXIÓN DEL CIRCUITO'. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797738	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 1.7.4	DICE: 'VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR'. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN 'ERROR DE HARDWARE Y FALLO TÉCNICO CON CÓDIGO DE ERROR.'. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR OFERTAR LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN 'ERROR DE HARDWARE Y FALLO TÉCNICO CON CÓDIGO DE ERROR.'. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797739	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 2.2 Y 2.3	DICE: 2.2 UN (1) SENSOR DE FLUJO REUSABLE ADICIONAL, PARA PACIENTE ADULTO, EN CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA LO REQUIERA. (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATALOGO.) Y 2.3 UN (1) SENSOR DE FLUJO REUSABLE ADICIONAL, PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, EN CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA LO REQUIERA. (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATALOGO.) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ACEPTE EL OFERTAR SENSOR DE FLUJO REUSABLE UNIFICADO PARA USO ADULTO/PEDIÁTRICO, EL CUAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS AL INTEGRAR EN UN SOLO DISPOSITIVO: FUNCIONALIDAD DUAL PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS, RANGO DE	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SENSOR DE FLUJO REUSABLE UNIFICADO PARA USO ADULTO/PEDIÁTRICO, DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA COMO ESTA PLASMADO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797740	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 3.1	MEDICIÓN AJUSTABLE SEGÚN EL TIPO DE PACIENTE, Y APROBACIÓN REGULATORIA CORRESPONDIENTE PARA SU USO EN TODAS LAS EDADES. ESTA SOLUCIÓN PERMITE OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA? DICE: "UNA (1) CELDA O SENSOR DE OXÍGENO ADICIONAL DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO.)" PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LA MODIFICACIÓN DE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, PERMITIENDO OFERTAR CONFORME A LA TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, EN ESTE SENTIDO. SOLICITAMOSSE MODIFIQUE EL REQUISITO PARA ACEPTAR TECNOLOGÍAS EQUIVALENTES DE FABRICANTE. NUESTRO EQUIPO INCLUYE SENSOR ULTRASONICO INTEGRADO QUE SUPERA TÉCNICAMENTE AL SENSOR CONVENCIONAL: NO REQUIERE CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO NI COMPONENTE ADICIONAL. CUMPLE Y MEJORA LA FUNCIÓN DE MEDICIÓN DE O2. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
797741	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, TODOS LOS PUNTOS	TODOS LOS PUNTOS PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797742	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, TODOS LOS PUNTOS	TODOS LOS PUNTOS PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR USANDO LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE EN NUESTRA FICHA TÉCNICA, YA QUE GARANTIZA COMPATIBILIDAD EXACTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR USANDO LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE EN NUESTRA FICHA TÉCNICA. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797743	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3, PUNTO 2.5	ACEPTA? DICE: UN (1) CABLE PARA CONEXIÓN A DC PARA AMBULANCIA. (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO.) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR UN CONVERTIDOR DE CA A DC DE MAYOR CAPACIDAD Y RENDIMIENTO QUE EL REQUERIDO, GARANTIZANDO TOTAL COMPATIBILIDAD CON EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS AMBULANCIAS SIN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTO. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LOS TIPOS DE VAPORIZADORES REQUERIDOS, A FIN DE ASEGURAR QUE LA PROPUESTA TÉCNICA CUMPLA PLENAMENTE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.	SE ACEPTA PUEDE OFERTAR UN CONVERTIDOR DE CA A DC DE MAYOR CAPACIDAD Y RENDIMIENTO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797744	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 1.2.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LOS TIPOS DE VAPORIZADORES REQUERIDOS, A FIN DE ASEGURAR QUE LA PROPUESTA TÉCNICA CUMPLA PLENAMENTE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. NO. CONSECUTIVO 2.
797745	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 2.1.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDAN INFORMAR EL TIPO DE CONECTOR REQUERIDO PARA LA TOMA MURAL DE GASES MEDICINALES, DE ACUERDO CON LA INSTALACION DE UNA UNIDAD MÉDICA, A FIN DE GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD CON LAS MANGUERAS DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTES.	AUN NO SE CUENTA CON CONECTOR A LA TOMA MURAL, EL PROVEDEOR ADJUDICADO DEBERA SUMINISTRAR LOS CONECTORES Y GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD CON EL EQUIPO ASIGNADO. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES NO. CONSECUTIVO 5.
797746	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 2.2.1	EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA T-82, Y CON FUNDAMENTO EN LOS PRINCIPIOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSAS DE VENTILACION REUTILIZABLES CON CAPACIDAD DE 1.5 LITROS, EN SUSTITUCION DE LAS ESPECIFICADAS DE 1 LITRO. YA QUE, SE HACE CONSTAR QUE LA CAPACIDAD DE 1.5 L REPRESENTA UNA VENTAJA CLINICA SIGNIFICATIVA, AL OFRECER UN MAYOR RANGO DE VOLUMEN	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR BOLSAS DE VENTILACION REUTILIZABLES CON CAPACIDAD DE 1.5 LITROS. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797747	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 2.2.2	UTIL, LO CUAL PERMITE UNA VENTILACIÓN MANUAL MÁS ADAPTABLE A PACIENTES ADULTOS CON DISTINTAS NECESIDADES RESPIRATORIAS, INCLUYENDO AQUELLOS CON MAYOR CAPACIDAD PULMONAR. ¿SE ACEPTA? EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA T-82, Y CON FUNDAMENTO EN LOS PRINCIPIOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSAS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES CON CAPACIDAD DE 2.3 LITROS. EN SUSTITUCIÓN DE LAS ESPECIFICADAS DE 2 LITROS. YA QUE, SE HACE CONSTAR QUE LA CAPACIDAD DE 2.3 L REPRESENTA UNA VENTAJA CLÍNICA SIGNIFICATIVA, AL OFRECER UN MAYOR RANGO DE VOLUMEN ÚTIL, LO CUAL PERMITE UNA VENTILACIÓN MANUAL MÁS ADAPTABLE A PACIENTES ADULTOS CON DISTINTAS NECESIDADES RESPIRATORIAS, INCLUYENDO AQUELLOS CON MAYOR CAPACIDAD PULMONAR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR BOLSAS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES CON CAPACIDAD DE 2.3 LITROS. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797748	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 3.3 Y SUBNUMERALES	HACEMOS MENCIÓN A LA CONVOCANTE QUE SE OBSERVA QUE LOS PUNTOS 3.3, 3.3.1, 3.3.2 Y 3.3.3 APARECEN DUPLICADOS EN LA CÉDULA, ESTO PUDIÉNDOSE OBSERVAR EN LA PÁG. 6 Y 7 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN, POR LO QUE ES CORRECTO ENTENDER QUE SE TRATA DE UN ERROR DE CAPTURA Y QUE ÚNICAMENTE SE DEBE OFERTAR 20 MASCARILLAS PARA PACIENTE ADULTO, 20 PARA PACIENTE PEDIÁTRICO Y 20 PARA PACIENTES NEONATALES Y SE DEBE REFERENCIAR UNA SOLA VEZ A DICHS PUNTOS O EN SU DEFECTO PODER OMITIR LOS PUNTOS DUPLICADOS EN NUESTRA PROPUESTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797749	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 1.7.1	<p>APRECIACIÓN?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA MONITORES DE SIGNOS VITALES EN MODALIDAD MODULAR O CONFIGURADA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CABALMENTE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO.</p> <p>LO ANTERIOR TIENE COMO FINALIDAD PERMITIR LA PARTICIPACION DE DIFERENTES PROPUESTAS TECNOLÓGICAS QUE NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD NI LA CALIDAD DEL EQUIPO, GARANTIZANDO AL MISMO TIEMPO LA LIBRE COMPETENCIA Y UNA MAYOR PLURALIDAD DE OPCIONES TÉCNICAS Y COMERCIALES PARA BENEFICIO DEL PROCEDIMIENTO. ¿ SE ACEPTA?</p> <p>YA QUE LA TECNOLOGIA DEL BIEN OFERTADO INTEGRA REGULADORES DE PRESION INTERNOS PARA O2 Y AIRE, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DICHA CARACTERÍSTICA EN CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD, DEMOSTRANDOLA DOCUMENTALMENTE. YA QUE SE CUMPLE LA CARACTERÍSTICA DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE CON FINES DE REFERENCIACION NOS PERMITA OFERTAR UN CABLE DE PACIENTE CON CABLE TRONCAL PARA ECG DE AL MENOS CINCO PUNTAS REUSABLE, YA QUE LA TECNOLOGIA OFERTADA LO INTEGRA EN UN SOLO CABLE, BRINDANDO EL BENEFICIO DE PRACTICIDAD Y EVITAR PERDIDA DE CABLES SUELTOS. ¿SE ACEPTA?</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE NOS PUDIERA COMPARTIR LOS ACCESORIOS QUE SERAN NECESARIOS PARA QUIENES OFERTEN CO2 POR MEDIO DE</p>	<p>NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p>
797750	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 2.1.2		<p>NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p>
797751	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 2.6.2		<p>SE ACEPTA, OFERTAR UN CABLE DE PACIENTE CON CABLE TRONCAL PARA ECG DE AL MENOS CINCO PUNTAS REUSABLE, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
797752	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 2.7		<p>DEBERA OFERTAR CANTIDADES PROPORCIONALES DE ACUERDO A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES NUMERAL 2.7.1., Y EN LA DIVERSIDAD DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA QUE</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2


ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797753	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2. PUNTO 1.6	<p>SE ENTIENDE QUE EL SISTEMA DE COMPROBACIÓN ES UNA MEDIDA DE SEGURIDAD POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL BIEN A ADQUIRIR TENGA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR VENTILANDO AUN EN AUSENCIA COMPLETA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (INCLUIDAS LAS BATERÍAS), LO CUAL BRINDA LA CONFIANZA A LOS ANESTESIOLOGOS DE QUE EL PROCEDIMIENTO NUNCA SE VERÁ INTERRUMPIDO, Y LO CUAL ES UNA CARACTERÍSTICA BENEFICA AL PACIENTE Y AL USUARIO, QUE DE FORMA GENERAL INTEGREN MUCHAS MARCAS. ¿SE ACEPTA?</p> <p>PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX, DENTRO DEL APARTADO 'LEGAL - ADMINISTRATIVO', NUMERAL 8: 'REGISTRO ELECTRONICO DE PERSONAS FISICAS Y MORALES', SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR NUESTRA ALTA ANTE HACIENDA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN EL APARTADO LEGAL - ADMINISTRATIVO DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX SE HABILITE UN APARTADO PARA ENVIAR EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 12 Y SUB NUMERALES. FAVOR DE ACLARAR.</p> <p>PREGUNTA: EN ATENCIÓN A LOS ESCRITOS Y ANEXOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA,</p>	OFERTE.
797754	CONDUIT LIFE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 8 COMPRAS MX	<p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR VENTILANDO AUN EN AUSENCIA COMPLETA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (INCLUIDAS LAS BATERÍAS). SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES LEGALES ADMINISTRATIVAS DE LA CONVOCATORIA. NO. CONSECUTIVO 7.
797755	CONDUIT LIFE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	COMPRAS MX	<p>SE ACLARA QUE EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX SE HABILITA UN PARAMETRO PARA QUE EL LICITANTE PUEDA PRESENTAR DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE SU PROPUESTA TECNICA.</p>	SE ACLARA QUE EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX SE HABILITA UN PARAMETRO PARA QUE EL LICITANTE PUEDA PRESENTAR DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE SU PROPUESTA TECNICA.
797756	CONDUIT LIFE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA	<p>PREGUNTA: EN ATENCIÓN A LOS ESCRITOS Y ANEXOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA,</p>	SE ACEPTA SU SOLICITUD, LOS ANEXOS QUE A SU REPRESENTADA NO LE APLIQUE DEBERA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797757	CONDUIT LIFE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIV A	SUBNUMERAL 13.7	Y CONSIDERANDO QUE ALGUNOS DE ELLOS NO RESULTAN APLICABLES A MI REPRESENTADA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PERMITA PRESENTARLOS CON LA LEYENDA "NO APLICA", A FIN DE CUMPLIR CON LA ENTREGA FORMAL DEL EXPEDIENTE. ¿SE ACEPTA? PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PERMITA PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE IMSS, SAT E INFONAVIT EMITIDAS CON 20 DIAS PREVIOS AL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES. ¿SE ACEPTA?	INDICARLO.
797758	CONDUIT LIFE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIV A	CONVOCATORIA	PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTE PROCEDIMIENTO SE PODRAN OFERTAR ÚNICAMENTE LAS PARTIDAS DE INTERÉS PARA CADA LICITANTE Y LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR PARTIDA OFERTADA. FAVOR DE ACLARAR.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SUS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO GENERADAS DESDE EL MOMENTO QUE CONCLUYA LA JUNTA DE ACLARACIONES Y HASTA EL MOMENTO PREVIO A LA PRESENTACION DE SU PROPOSPICION TECNICO ECONOMICA.
797776	BIOSYSTEMS HLS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, 1.5.1	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DOS PUNTOS FOCALES DE 0.6 MM Y 1.0 MM YA QUE NO REPRESENTA UNA VARIACIÓN SIGNIFICATIVA EN TÉRMINOS DE RESOLUCIÓN NI DISPERSIÓN TÉRMICA EN LA MAYORÍA DE LAS APLICACIONES DIAGNÓSTICAS. ¿SE ACEPTA?	EL LICITANTE PODRA OFERTAR LAS PARTIDAS DE INTERES Y LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR PARTIDA OFERTADA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797777	BIOSYSTEMS HLS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, 1.5.4	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "FLUOROSCOPIA PULSADA DE 30 PPS", CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR TECNOLÓGICA CON PUNTOS FOCALES DE 0.6 MM Y 1.0 MM. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797778	BIOSYSTEMS HLS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, 2.2	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE POLIGRAFIA DE DIFERENTE MARCA AL EQUIPO PRINCIPAL. CABE SEÑALAR QUE ESTA DIFERENCIA DE MARCA NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD NI LA INTEROPERABILIDAD DEL SISTEMA; POR EL CONTRARIO, PERMITE PROPONER UN EQUIPO CON	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR TECNOLÓGICA CON PUNTOS FOCALES DE 0.6 MM Y 1.0 MM. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797779	BIOSYSTEMS HLS SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, 2.2.5	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES Y MEJOR DESEMPEÑO, LO CUAL PODRÍA BENEFICIAR LA OPERACIÓN GENERAL. ¿SE ACEPTA? SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INTEGRAR UN CAPNÓGRAFO AL SISTEMA DE POLIGRAFÍA OBTENIENDO UNA MEJORA SIGNIFICATIVA EN LA CALIDAD DEL MONITOREO RESPIRATORIO, AL PERMITIR UNA MEDICIÓN DIRECTA Y CONTINUA DE LA CONCENTRACIÓN DE DIOXIDO DE CARBONO EXHALADO (ETCO2), ASI COMO DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA. ¿SE ACEPTA? PARTIDA 1 INCIOS 2. ACCESORIOS Y 3. CONSUMIBLES. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA TODOS LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES ÚNICAMENTE DEBEREMOS PRESENTAR PARA ESTE INCISO REGISTRO SANIATRIO O SI APLICA EL "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" ¿CORRECTO?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
797827	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORISA 4. LICENCNIAS, PERMISOS, REGISTRO	EN RELACIÓN A LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, CONFORME AL ACUERDO NÚMERO ACDO AS2 HCT. 270422 / 107 P DIR DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO EN SESIÓN ORDINARIA DE 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO POR EL QUE SE APROBARON LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ASI COMO SU ANEXO UNICO COMO REGLA NOVENA LA CUAL	NO ES CORRECTO, EL NUMERAL 4 "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien a contratar", DEFINE LOS DOCUMENTOS QUE SE DEBERAN PRESENTAR DE LOS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, NO ES ÚNICAMENTE EL REGISTRO SANITARIO, PUEDE REFERENCIAR "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" PARA LOS CONSUMIBLES SE ACEPTA SU SOLICITUD.
797828	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	13.7 OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	EN RELACIÓN A LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, CONFORME AL ACUERDO NÚMERO ACDO AS2 HCT. 270422 / 107 P DIR DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO EN SESIÓN ORDINARIA DE 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO POR EL QUE SE APROBARON LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ASI COMO SU ANEXO UNICO COMO REGLA NOVENA LA CUAL	SE ACEPTA SU SOLICITUD.

[Handwritten signature]




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797830	LUMAFESA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	<p>MENCIONA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL GOZARÁ DE VIGENCIA DURANTE EL DÍA DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO GENERADA Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DE LO ANTERIOR NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA DENTRO DE LOS 7 DIAS ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ESTO YA QUE SI LA MISMA SE DESCARGA EL MISMO DÍA DE LA APERTURA SE CORRE EL RIESGO DE NO PODER CARGAR NUESTRA PROPUESTA POR LA PREMIURA DE CUMPLIR CON EL HORARIO DE APERTURA ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS AUTORICE REFERENCIAR LOS APARTADOS CORRESPONDIENTES A LA FICHA TÉCNICA: 2. ACCESORIOS Y 3. CONSUMIBLES, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA CARTA COMPROMISO, FIRMADA POR NUESTRO REPRESENTANTE LEGAL, EN LA QUE SE MANIFIESTE FORMALMENTE NUESTRO COMPROMISO DE ENTREGAR, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, LA TOTALIDAD DE LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INCLUIDOS EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA.</p> <p>DICHOS INSUMOS SERÁN SUMINISTRADOS CONFORME A LAS CANTIDADES REQUERIDAS, COMPLETAMENTE NUEVOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO SU COMPATIBILIDAD CON EL EQUIPO OFERTADO.</p> <p>ESTA SOLICITUD APLICA ESPECÍFICAMENTE PARA LA PARTIDA 3: VENTILADOR DE</p>	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797831	LUMAFESA S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	<p>TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO. ¿ES ACEPTABLE NUESTRA PROPUESTA EN ESTOS TÉRMINOS?</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE AUTORICE EL USO DE IMÁGENES ILUSTRATIVAS PARA RESPALDAR AQUELLAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE, DEBIDO A SU NATURALEZA, NO PUEDAN SER DESCRITAS DE MANERA LITERAL EN LOS CATALOGOS DE NUESTROS PRODUCTOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE CONFIRME SI EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA OFREZCA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SUPEREN LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, ELLO NO AFECTARÁ LA EVALUACIÓN DE SOLVENCIA NI SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN?</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE, CON EL FIN DE NO RESTRINGIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>PREGUNTO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SI, CONFORME AL DOCUMENTO LAGYR027-T82-25, APARTADO 3: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES, ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PLAZO DE ENTREGA ES DE 60 DÍAS NATURALES.</p> <p>¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?</p> <p>PARTIDA 3: VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO PUNTO. 1.3.3 TAMAÑO ENTRE 4.5" HASTA 12" COMO MÁXIMO.</p> <p>SE RECOMIENDA AMABLEMENTE A LA</p>	<p>SE ACEPTA PUEDE REFERENCIAR CON UNA IMAGEN, LA CONVOCANTE CUENTA CON LAS OPCIONES DE FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p> <p>ES CORRECTA SU APRECIACION. PUEDE OFERTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SUPEREN LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS SOLICITADOS, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p> <p>SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE/TECNOLOGÍA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p> <p>ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. NO. CONSECUTIVO 1.</p> <p>NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</p>
797832	LUMAFESA S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO		
797833	LUMAFESA S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO		
797834	LUMAFESA S DE RL DE CV	TÉCNICO	3. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.		
797835	LUMAFESA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN		




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797836	LUMAFESA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	CONVOCANTE SOLICITAR, UNA PANTALLA ENTRE 4.5" HASTA 7" PARA FINES DE TRASLADO ES MÁS CONVENIENTE SU MOVILIDAD EN EL HOSPITAL, SE ENTIENDE QUE NO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, ¿SE ACEPTA? PARTIDA 3: VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO PUNTO. 1.2 CON UN PESO NO MAYOR A 10 KG. CONTEMPLANDO LA BATERIA. SE RECOMIENDA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITAR, UN PESO MÁXIMO DE 7 KG COMO MÁXIMO, SE ENTIENDE QUE NO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR UN PESO MÁXIMO DE 7 KG COMO MÁXIMO. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797837	LUMAFESA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	PARTIDA 3: VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO PUNTO. 3. 4 Y 3.5 SE RECOMIENDA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITAR, QUE EL BIEN OFERTADO SEA COMPATIBLE CON CIRCUITOS UNIVERSALES PARA PACIENTE. ESTO PARA DAR MAYOR SOLVENCIA Y ABASTECIMIENTO EN SUS CONSUMIBLES, SE ENTIENDE QUE NO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SEA COMPATIBLE CON CIRCUITOS UNIVERSALES PARA PACIENTE. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACION TECNICA SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797838	LUMAFESA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	PARTIDA 3: VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO PUNTO. 1.3.5 PANTALLA CON GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA EL INGRESO DE AGUA POR GOTE O NEBULIZADA, IPX1 O MAYOR. SE RECOMIENDA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITAR, COMO MÍNIMO UN GRADO DE PROTECCIÓN MÍNIMO DE IP21 TENIENDO MAYOR PROTECCIÓN CONTRA OBJETOS SÓLIDOS Y PROTECCIÓN CONTRA LIQUIDOS, SE ENTIENDE QUE NO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.


[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797839	LUMAFESA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	<p>DE DESECHAMIENTO, ¿SE ACEPTA?</p> <p>PARTIDA 3: VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO SIN PUNTO. SE RECOMIENDA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITAR, TENDENCIAS GRAFICAS DE AL MENOS 72 HRS, PARA OBSERVAR EL DESARROLLO RESPIRATORIO DEL PACIENTE (MEJORÍA O DETERIORO), SE ENTIENDE QUE NO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p>
797840	LUMAFESA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	<p>PARTIDA 3: VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO PUNTO. 1.6.12 DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTANEA. SE RECOMIENDA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITAR, AL MENOS 3 CURVAS SIMULTANEAS, YA QUE ESTAS TRES SE COMPLEMENTAN Y PERMITEN UNA INTERPRETACIÓN CLÍNICA MÁS PRECISA QUE SOLO DOS DE ELLAS, SE ENTIENDE QUE NO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR AL MENOS 3 CURVAS SIMULTANEAS. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
797841	LUMAFESA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	<p>PARTIDA 3: VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO SIN PUNTO. SE RECOMIENDA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR COMO REQUISITO MÍNIMO QUE EL VENTILADOR CLÍNICO PERMITA LA VISUALIZACIÓN DE AL MENOS DOS BUCLES DE VENTILACIÓN, QUE PERMITE EVALUACIÓN COMPLETA DE LA MECÁNICA PULMONAR ASÍ COMO AYUDAR A UN MAYOR INTERPRETACIÓN, SE ENTIENDE QUE NO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DE AL MENOS DOS BUCLES DE VENTILACIÓN, SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797842	LUMAFESA S DE RL DE CV	TÉCNICO	EVALUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.	PREGUNTO AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS CARTAS SOLICITADAS DEBERAN DE ESTAR FOLIADAS. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, EL LICITANTE DEBERÁ FOLIAR CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LA PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASI COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE Y POR SER UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA, PODRÁ ENVIARSE EN VARIOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.
797868	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	DE ACUERDO A LAS VISITAS REALIZADAS, INDICAN QUE SE DEBERA ENTREGAR: MEMORIA ANALÍTICA, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACIÓN DE BLINDAJES, EN CASO DE TENER ALGUNA OBSERVACIÓN EN DICHS ESTUDIOS, ¿QUIÉN SERÁ EL RESPONSABLE DE HACER LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES?	EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS. NO. CONSECUTIVO 5.
797869	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA, SE OBSERVARON FISURAS EN MURO DE ÁREA DE RECUPERACION EN ÁREAS DE CURSITO PARA POSIBLE EQUIPAMIENTO Y CONTROL, QUIEN SERÁ EL RESPONSABLE DE REPARARLAS.	EL INSTITUTO SERA RESPONSABLE DE SUBSANAR LOS DETALLES EN LAS AREAS QUE NO SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE HEMODINAMIA, SUS ACCESORIOS Y EQUIPOS PERIFERICOS. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS. NO. CONSECUTIVO 5.
797870	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	¿SE HARÁN MEJORAS?. ¿QUIÉN SERÁ RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS DE MEJORAS EN CADA AREA HABLANDO DE CONTROL, RECUPERACIÓN Y CUARTO PARA POSIBLE EQUIPAMIENTO?. ¿CUAL SERÁ EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS DE LA CONVOCATORIA. NO. CONSECUTIVO 5.
797871	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	¿TIENEN CROQUIS Y/O PLANOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CADA HOSPITAL PARA REVISAR TRAYECTORIAS ELÉCTRICAS Y CALIBRES DE CABLE INSTALADOS.? NOS PUEDEN PROPORCIONAR COPIA DE ELLOS.	NO ES VIABLE ATENDER SU SOLICITUD, SE BRINDO OPORTUNIDAD DE REALIZAR LA VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797872	SUMINISTRO PARA	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS	¿CUAL SERA EL HORARIO DE TRABAJO EN	EL PROVEEDOR ADJUDICADO PODRA LABORAR


[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797873	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	UNIDAD HOSPITALARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE ADECUACIÓN, INSTALACION Y ENTREGA DE EQUIPO? DE QUIEN SERÁ RESPONSABILIDAD LAS CANALIZACIONES PARA EL EQUIPO NUEVO? ¿SE PUEDEN HACER LAS RANURAS NECESARIAS EN PISO?	EN CUALQUIER DIA DE LA SEMANA Y HORARIO ABIERTO EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD MÉDICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LA RESPONSABILIDAD SERA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. SI SE PUEDEN REALIZAR LAS RANURAS NECESARIAS EN PISO. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS. NO. CONSECUTIVO 5.
797874	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	EN EL CASO DE NUESTROS EQUIPOS, REQUERIMOS DE 400 V PARA EL EQUIPO. EN CASO QUE EL HOSPITAL NO CUENTE CON LA CAPACIDAD ELÉCTRICA REQUERIDA QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE SUMINISTRARLA LOS SITIOS PARA CONEXIÓN DEL EQUIPO?	SE CUENTA CON SITIO DENTRO DE LA CASA DE MAQUINAS DE LA UNIDAD MEDICA DESTINO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797875	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	LA SALA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PLANTA BAJA Y NOS INDICAN QUE ARRIBA ES AZOTEA, NOS CONFIRMAN?	SE CONFIRMA ESA INFORMACION. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797876	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	LA SALA ACTUALMENTE NO CUENTA CON PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, QUIEN SERÁ EL ENCARGADO DE REALIZARLO?	EL PROVEEDOR ADJUDICADO SERA RESPONSABLE DE APLICAR MORTERO CON VARITA DE PLOMO QUE CUMPLA CON LA NOM-229-SSA1-2002. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS. NO. CONSECUTIVO 5.
797877	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	ACTUALMENTE LA SALA NO CUENTA CON NINGUNA INSTALACIÓN. QUIEN SERÁ EL ENCARGADO DE COLOCAR CONTACTOS Y SU INSTALACION ?	EL PROVEEDOR ADJUDICADO SERA RESPONSABLE DE REALIZAR ACABADOS EN EL LOCAL DONDE SE INSTALARA EL EQUIPO SIEMPRE QUE LAS AREAS ESTEN DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE HEMODINAMIA, SUS ACCESORIOS Y EQUIPOS PERIFERICOS. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS. NO. CONSECUTIVO 5.
797878	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	QUIEN SERÁ EL ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN DE APAGADORES?	EL PROVEEDOR ADJUDICADO SERA RESPONSABLE DE REALIZAR ACABADOS EN EL LOCAL DONDE SE INSTALARA EL EQUIPO, SIEMPRE QUE LAS AREAS ESTEN DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE HEMODINAMIA, SUS ACCESORIOS Y EQUIPOS PERIFERICOS. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS. NO. CONSECUTIVO 5.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797879	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	QUIEN SERÁ EL ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN DE NODOS DE RED? Y DISTANCIA AL SITE?	LAS ACLARACIONES TÉCNICAS. NO. CONSECUTIVO 5. EL PROVEEDOR ADJUDICADO SERA RESPONSABLE DE REALIZAR ACABADOS EN EL LOCAL DONDE SE INSTALARA EL EQUIPO. SIEMPRE QUE LAS AREAS ESTEN DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE HEMODINAMIA, SUS ACCESORIOS Y EQUIPOS PERIFERICOS. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TÉCNICAS. NO. CONSECUTIVO 5.
797880	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	QUIEN SERÁ EL ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y DE QUE TIPO?	EL PROVEEDOR ADJUDICADO SERA RESPONSABLE DE REALIZAR ACABADOS EN EL LOCAL DONDE SE INSTALARA EL EQUIPO. SIEMPRE QUE LAS AREAS ESTEN DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE HEMODINAMIA, SUS ACCESORIOS Y EQUIPOS PERIFERICOS. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TÉCNICAS. NO. CONSECUTIVO 5. EL A/C DEBE SER DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA ASIGNADA.
797881	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	SE PUEDE COLOCAR EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT Y DÓNDE SE COLOCARÁ EL CONDENSADOR?	EL AIRE ACONDICIONADO DEBERA CONTAR CON LAS CARACTERISTICAS NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO ADJUDICADO. SE CUENTA CON ESPACIOS PARA LA INSTALACION DEL EQUIPO PRINCIPAL DE HEMODINAMIA Y PERIFERICOS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797882	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	NO SE CUENTA CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL EQUIPO SE DEBERÁ TRAER DESDE SUBESTACION?	ES CORRECTO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797886	NUDOMI SA DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR LOS APARTADOS 2. ACCESORIOS Y 3. CONSUMIBLES DE LA FICHA TÉCNICA MEDIANTE UNA CARTA COMPROMISO FIRMADA POR NUESTRO REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFESTEMOS NUESTRA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR, EN CASO DE ADJUDICACION.	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797887	NUDOMI SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.	ESTA PETICIÓN APLICA PARA LA PDA 2. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO T-82, ¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE EL PLAZO DE ENTREGA REQUERIDO ES DE 120 DÍAS NATURALES? ASIMISMO, ¿ES POSIBLE CONFIRMAR QUE DICHO PLAZO RESULTA ADECUADO Y VIABLE PARA ASEGURAR LA CORRECTA FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO? ¿ES CORRECTA MI APRESIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TÉCNICAS. NO. CONSECUTIVO 1.
797888	NUDOMI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PDA 2. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	TODOS LOS INSUMOS PROPUESTOS, NUEVOS, ORIGINALES, COMPATIBLES Y CON SU DOCUMENTACIÓN NORMATIVA.	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR CUATRO CAJONES.SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797889	NUDOMI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PDA 2. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	PUNTOS: 1.1.8., 1.1.8.1, 1.1.8.2., CON LA FINALIDAD DE UBICAR EL DATO DE LAS PRESIONES DE GASES Y DE CILINDROS DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERA INCLUIR INDICADORES EN PANTALLA DE PRESIÓN DE GASES DE TOMA MURAL Y PARA CILINDROS PARA LOS TRES TIPOS DE GASES. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, PUEDE OFERTAR INDICADORES EN PANTALLA DE PRESIÓN DE GASES DE TOMA MURAL Y PARA CILINDROS PARA LOS TRES TIPOS DE GASES. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797890	NUDOMI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PDA 2. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	PUNTO 1.2.1 DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBE INCLUIR UN VAPORIZADOR DE SEVOFLUORANE ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE SOLICITAN DOS VAPORIZADORES, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TÉCNICAS. NO. CONSECUTIVO 2.
797891	NUDOMI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PDA 2. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	PUNTO 1.3.1. DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERA INCLUIR FLUJOMETROS NEUMÁTICOS DOBLES PARA O2 Y N2O DE 0.1 A 1.0 L/ MIN O 1.0 L/ MIN O 1.0 L/ MIN PARA AIRE. 0.1 A 12 L/ MIN O 1.0 L/ MIN O 1.0 L/ MIN PARA AIRE. 0.1 A 12 L/ MIN O FLUJOMETROS VIRTUALES PARA O2 /N2O/ AIRE CON RANGO DE 0.2 A 18 L/MIN. CODIFICADOS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES:(O2 - VERDE, N2O-AZUL, AIRE-	ES CORRECTO, PUEDE OFERTAR FLUJOMETROS NEUMÁTICOS DOBLES PARA O2 Y N2O DE 0.1 A 1.0 / 1.0 A 10.0 L/MIN, PARA AIRE. 0.1 A 12 L/ MIN O FLUJOMETROS VIRTUALES PARA O2 /N2O/ AIRE CON RANGO DE 0.2 A 18 L/MIN. CODIFICADOS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES:(O2 - VERDE, N2O-AZUL, AIRE-




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMIF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797892	NUDOMI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PDA 2. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	AMERICANO DE COLORES:(02 - VERDE, N20-AZUL, AIRE-AMARILLO). ¿ES CORRECTO? PUNTO 1.3.4. DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERA INCLUIR FLUSH O SUMINISTRO DE OXIGENO DIRECTO CON FLUJO MAYOR A 30 L/MIN. ¿ES CORRECTO?	AMARILLO). SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. ES CORRECTO. PUEDE OFERTAR FLUSH O SUMINISTRO DE OXIGENO DIRECTO CON FLUJO MAYOR A 30 L/MIN. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797893	NUDOMI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PDA 2. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	PUNTO 1.4.1.4. CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR UNA VIA PERMEABLE LIBRE DE CONDENSADOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO INCLUYA MODULO DE PACIENTE CON TEMPERATURA REGULADA CON CALENTAMIENTO DE LOS GASES RESPIRATORIOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION PUEDE OFERTAR MODULO DE PACIENTE CON TEMPERATURA REGULADA CON CALENTAMIENTO DE LOS GASES RESPIRATORIOS. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797894	NUDOMI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PDA 2. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	PUNTO 1.5. DEBEMOS ENTENDER QUE SE PUEDE OFERTAR EQUIPO CON VENTILADOR DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO (O2 O AIRE COMPRIMIDO DE USO MEDICO) CONCERTINA SUSPENDIDA, CON COMPENSACION DE PRESION, CON INTERFAZ O PUERTO DE FIBRA, SALIDA DE ETHERNET, USB, SALIDA DE FIBRA, SALIDA SERIAL OPTICA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, PUEDE OFERTAR EQUIPO CON VENTILADOR DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO (O2 O AIRE COMPRIMIDO DE USO MEDICO) CONCERTINA SUSPENDIDA, CON COMPENSACION DE COMPLIANZA, CON LA LIMITACION DE PRESION, ESTO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA VENTILACION DEL PACIENTE, CON INTERFAZ O PUERTO DE ETHERNET, USB, SALIDA DE FIBRA, SALIDA SERIAL OPTICA.SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797895	NUDOMI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PDA 2. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	PUNTO 1.5.8. DEBEMOS ENTENDER QUE SE PODRA OFERTAR SENSIBILIDAD DE PRESION O FLUJO ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, PUEDE OFERTAR SENSIBILIDAD DE PRESION O FLUJO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797896	NUDOMI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PDA 2. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	PUNTO 1.5.6.8. DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERA INCLUIR LA FUNCION DE PULMONES: COMPLIANZA ESTÁTICA/DINÁMICA, C20/C, RESISTENCIA ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, PUEDE OFERTAR FUNCION DE PULMONES: COMPLIANZA ESTÁTICA/DINÁMICA, C20/C, RESISTENCIA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797897	NUDOMI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PDA 2. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	PUNTO 1.5.7.2.- CON LA FINALIDAD DE MAXIMIZAR EL MANEJO DE LOS DATOS EL EQUIPO DEBERA INCLUIR EL DESPLIEGUE	ES CORRECTO, PUEDE OFERTAR DESPLIEGUE GRAFICO DE AL MENOS TRES CURVAS DE FORMA SIMULTANEA: PRESION, FLUJO, CO2, AGENTE




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797898	NUDOMI SA DE CV	TÉCNICO	INTERMEDIA	GRAFICO DE AL MENOS TRES CURVAS DE FORMA SIMULTANEA: PRESIÓN, FLUJO, CO2, AGENTE ANESTÉSICO, TENDENCIAS EN FORMA DE TABLA, CURVAS DE TENDENCIAS, REGISTROS DE ALARMAS. ¿ES CORRECTO? PUNTO 2.2. CON LA FINALIDAD DE ENVIAR ENFERMEDADES CRUZADAS DEBEMOS ENTENDER QUE SE PUEDE OFERTAR 5 BOLSAS DESCARTABLES POR CADA TAMAÑO. ¿ES CORRECTO?	ANESTÉSICO, TENDENCIAS EN FORMA DE TABLA, CURVAS DE TENDENCIAS, REGISTROS DE ALARMAS. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. ES CORRECTO, PUEDE OFERTAR 5 BOLSAS DESCARTABLES POR CADA TAMAÑO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797899	NUDOMI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PDA 2. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	PUNTO 1.7.9.8. DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA CARACTERISTICA PODRA SER OFERTADA COMO PARTE DE LA UNIDAD DE ANESTESIA O BIEN EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, PUEDE OFERTAR EL PUNTO 1.7.9.8 COMO PARTE DE LA UNIDAD DE ANESTESIA O BIEN EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797917	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	TÉCNICO	CECULAS DE DESCRIPCIÓN	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LOS PUNTOS DE 2, ACCESORIOS Y 3. CONSUMIBLES CON UNA CARTA COMPROMISO DONDE EL REPRESENTANTE LEGAL SE COMPROMETE, QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, ENTREGAR TODOS LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES SOLICITADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA, COMPROMETIÉNDONOS A ENTREGAR LA CANTIDAD SOLICITADA, COMPLETAMENTE NUEVOS, SELLADOS Y COMPATIBLES AL LOS EQUIPOS OFERTADOS PARA LA PARTIDA 1: ANGIÓGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL). ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797918	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	TÉCNICO	CECULAS DE DESCRIPCIÓN	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ENTREGAR LO EQUIVALENTE A LO SOLICITADO SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO NECESARIO EN LA PRESENTACION DISPONIBLE, SIN AFECTAR LA CANTIDAD TOTAL REQUERIDA NI LA CALIDAD. PARA LA PARTIDA 1, ANGIÓGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL). ¿SE ACEPTA	NO SE ACEPTA, NO SE APRECIA PRECISION EN EL PLANTEAMIENTO DE SU PREGUNTA AL NO MENCIONAR EL NUMERAL AL QUE HACE REFERENCIA, POR LO QUE NO ES POSIBLE EMITIR RESPUESTA ESPECIFICA. DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.


[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797919	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	NUESTRA PROPUESTA? SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA CON IMÁGENES LOS PUNTOS CON DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE EN NUESTROS CATALOGOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, ACLARE SI EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA OFERTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, NO AFECTARÁ LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA QUE SE PRESENTE Y, POR LO TANTO, NO SERÁ UN MOTIVO DE DESECHAMIENTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA, LA CONVOCANTE CUENTA CON LAS OPCIONES DE FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. ES CORRECTA SU APRECIACION. PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO, SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797920	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? CONFORME AL ANEXO TEC T-82 ES CORRECTO ENTENDER QUE EL TIEMPO REQUERIDO DE ENTREGA ES DE 120 DÍAS NATURALES. ES POSIBLE CONFIRMAR QUE DICHO PLAZO SE CONSIDERA ADECUADO Y FACTIBLE PARA GARANTIZAR TANTO LA CORRECTA FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO, ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE/TECNOLOGIA. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797921	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? CONFORME AL ANEXO TEC T-82 ES CORRECTO ENTENDER QUE AL OFERTAR UNA DE GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES DE MANTENIMIENTO, OBTENDRÁ UNA EVALUACIÓN DE HASTA 3.7	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TÉCNICAS. NO. CONSECUTIVO 1.
797922	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	LEGAL- ADMINISTRATIVA	B) PLAZO, LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN.	EVALUACIÓN TÉCNICO- ADMINISTRATIVA. INCISO: B. CAPACIDAD DEL	PARA OBTENER 3.7 PUNTOS EN NUMERAL B6 DEBERA OFERTAR 42 MESES O MÁS INCLUYENDO UN MANTENIMIENTO MAYOR, DE ACUERDO LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
797923	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	LEGAL- ADMINISTRATIVA	EVALUACIÓN TÉCNICO- ADMINISTRATIVA. INCISO: B. CAPACIDAD DEL		



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2


ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797924	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	TÉCNICO	LICITANTE.	PUNTOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN DICHO DOCUMENTO ? FAVOR DE ACLARAR. PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO. 1.2.5 DISTANCIA VARIABLE ENTRE EL FOCO Y EL FLAT PANEL O FUENTE IMAGEN DE 90 CM O MENOR O 115 CM O MAYOR. SE RECOMIENDA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITAR, UNA DISTANCIA VARIABLE DE AL MENOS 90 CM O MENOR O 119.5 CM O MAYOR, ESTO PARA TENER MAYOR DISTANCIA VARIABLE ENTRE EL FOCO Y EL FLAT PANEL, FAVORECIENDO LA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES, CON MENOR DISTORSIÓN Y MAYOR NITIDEZ MEJORANDO ASÍ LA CALIDAD DE IMAGEN EN GENERAL, SE ENTIENDE QUE NO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿SE ACEPTA? PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO 1.3 DETECTOR PLANO CON DIMENSIONES 30 X 30 CM (11" X 11") O MAYOR, CON AL MENOS TRES CAMPOS DE ENTRADA O ZOOM Y UNA MATRIZ DE 1024 X 1024 O MAYOR Y 14 BITS. SE RECOMIENDA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITAR UNA MATRIZ DE 1024 X 1024 O MAYOR Y DE AL MENOS 16 BITS, DEBIDO A QUE ESTE PROPORCIONA MAYORES ESCALA DE GRISES MEJORANDO ASÍ LA CALIDAD DE IMAGEN, SE ENTIENDE QUE NO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR INSTANCIA VARIABLE DE AL MENOS 90 CM O MENOR O 119.5 CM O MAYOR. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797925	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	PUNTOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN DICHO DOCUMENTO ? FAVOR DE ACLARAR. PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO 1.3 DETECTOR PLANO CON DIMENSIONES 30 X 30 CM (11" X 11") O MAYOR, CON AL MENOS TRES CAMPOS DE ENTRADA O ZOOM Y UNA MATRIZ DE 1024 X 1024 O MAYOR Y 14 BITS. SE RECOMIENDA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITAR UNA MATRIZ DE 1024 X 1024 O MAYOR Y DE AL MENOS 16 BITS, DEBIDO A QUE ESTE PROPORCIONA MAYORES ESCALA DE GRISES MEJORANDO ASÍ LA CALIDAD DE IMAGEN, SE ENTIENDE QUE NO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR, UNA MATRIZ DE 1024 X 1024 O MAYOR Y DE AL MENOS 16 BITS, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797926	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO 1.3 DETECTOR PLANO CON DIMENSIONES 30 X 30 CM (11" X 11") O MAYOR, CON AL MENOS TRES CAMPOS DE ENTRADA O ZOOM Y UNA MATRIZ DE 1024 X 1024 O MAYOR Y 14 BITS. SE RECOMIENDA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITAR UNA MATRIZ DE 1024 X 1024 O MAYOR Y DE AL MENOS 16 BITS, DEBIDO A QUE ESTE PROPORCIONA MAYORES ESCALA DE GRISES MEJORANDO ASÍ LA CALIDAD DE IMAGEN, SE ENTIENDE QUE NO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR UNA MATRIZ DE 1024 X 1024 DE AL MENOS 16 BITS CON UN TAMAÑO DE PIXEL DE 194 µm COMO MAXIMO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797927	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	Y 14 BITS: SE RECOMIENDA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITAR, UNA MATRIZ DE 1024 X 1024 DE AL MENOS 16 BITS CON UN TAMAÑO DE PIXEL DE 194 µm COMO MÁXIMO, ESTO PARA UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DE DETALLES ANATÓMICOS MÁS PEQUEÑOS Y FINOS, SE ENTIENDE QUE NO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, ¿SE ACEPTA? PARTIDA 1.ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO 1.5.2 CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA VIDA ÚTIL DEL TUBO DE RAYOS X, EN PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS Y DE LARGA DURACIÓN, COMO LOS QUE REALIZA ESTA INSTITUCIÓN, EL CONTAR CON UN TUBO DE RAYOS X CON UNA MAYOR CAPACIDAD TÉRMICA DE ALMACENAMIENTO EN EL ÁNODO ES MUY VALIOSO PUES INCREMENTA LA CALIDAD DE LA IMAGEN Y MEJORA EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DURANTE EL PROCEDIMIENTO POR LO QUE ENTENDEMOS QUE EL VALOR DE LA CAPACIDAD TÉRMICA DEL ÁNODO A OFERTAR DEBERÁ SER DE AL MENOS 5.0 MHU O 3.7 MHU CON UNA CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DEL ÁNODO DE 900 KHU/MIN, LO QUE NO LIMITA LA LIBRE COMPETENCIA DE LAS EMPRESAS Y SI REPRESENTA UNA MEJORA TECNOLÓGICA PARA EL INSTITUTO, SE ENTIENDE QUE NO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, ¿SE ACEPTA? PARTIDA 1.ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO. 1.2.1 ROTACIÓN CON PROYECCIÓN RAO EN GRADOS DE 110° O MAYOR CON VELOCIDAD DE 20°/S O MAYOR. SE RECOMIENDA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SOLICITAR COMO MÍNIMO 120°	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR CAPACIDAD TÉRMICA DEL ÁNODO DE AL MENOS 5.0 MHU O 3.7 MHU CON UNA CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DEL ÁNODO DE 900 KHU/MIN, SU PROPOSTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797928	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN		NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797929	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CECULAS DE DESCRIPCIÓN	PARA UNA MEJOR ADQUISICIÓN ASI COMO MAYOR INFORMACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES. SE ENTIENDE QUE NO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿SE ACEPTA? PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO 1.2.2 ROTACIÓN CON PROYECCIÓN LAO EN GRADOS DE 105° O MAYOR CON VELOCIDAD DE 20°/S O MAYOR. SE RECOMIENDA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SOLICITAR COMO MÍNIMO 120° CON UNA VELOCIDAD DE 25°/S PARA UNA MEJOR ADQUISICIÓN ASI COMO MAYOR INFORMACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES, SE ENTIENDE QUE NO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797930	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CECULAS DE DESCRIPCIÓN	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO 1.6.1 CON LONGITUD DE AL MENOS 280 CM. SE RECOMIENDA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SOLICITAR COMO MÍNIMO 310 CM PARA FAVORECER AL ESPACIO DE MANIOBRA CON PACIENTE, SE ENTIENDE QUE NO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR COMO MÍNIMO 310 CM SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797931	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CECULAS DE DESCRIPCIÓN	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO 1.6.5 CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO DEL PACIENTE DE 200 KG O MAYOR, MAS PESO DE ACCESORIOS Y MANIOBRAS DE RCP. SE RECOMIENDA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SOLICITAR COMO MÍNIMO 250 KG DE SOPORTE DE PESO DEL PACIENTE PARA FAVORECER USO CON DIVERSOS PACIENTES ASÍ COMO TENER UN MAYOR	SE ACEPTA PUEDE OFERTAR MÍNIMO 250 KG DE SOPORTE DE PESO DEL PACIENTE. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MEDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797932	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	RANGO DE CONSIDERACIÓN EN EL PESO DE LOS ACCESORIOS SE ENTIENDE QUE NO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿SE ACEPTA? PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO. 1.7.1 PANTALLA PLANA LCD O TFT DE 55" O MAYOR (INCLUIR MARCA Y MODELO). SE RECOMIENDA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SOLICITAR COMO MÍNIMO 58" , ESTO CON EL FIN DE TENER MAYOR CAMPO DE VISUALIZACIÓN FAVORECIENDO ASÍ AL USUARIO, SE ENTIENDE QUE NO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿SE ACEPTA? PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO 1.2.4: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR LA DIFICULTAD DE REFERENCIACIÓN TEXTUAL, SE NOS PERMITA REFERENCIAR: AJUSTE EL SOURCE IMAGE DISTANCE (DISTANCIA DE FUENTE A IMAGEN) CON EL CONTROL DESLIZANTE O INTRODUCIENDO UN NÚMERO EN EL CUADRO SELECCIONE EL VALOR DETECTOR ORIENTATION (ORIENTACIÓN DEL DETECTOR) EN LA LISTA DEPLEGABLE. LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR MÍNIMO 58 " . SU PROPUUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797933	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO 1.5: YA QUE EN MERCADO ACTUALMENTE TODAS LAS CASAS COMERCIALES PUEDEN OFERTAR TUBOS DE ALTA POTENCIA Y CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LA DE 2018 CUANDO SE ELABORÓ ESTA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBERÁ OFERTAR UN TUBO CON TECNOLOGIA DE "GRID SWITCH".	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR AJUSTE EL SOURCE IMAGE DISTANCE (DISTANCIA DE FUENTE A IMAGEN) . SU PROPUUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797934	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO 1.5: YA QUE EN MERCADO ACTUALMENTE TODAS LAS CASAS COMERCIALES PUEDEN OFERTAR TUBOS DE ALTA POTENCIA Y CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LA DE 2018 CUANDO SE ELABORÓ ESTA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBERÁ OFERTAR UN TUBO CON TECNOLOGIA DE "GRID SWITCH".	ES CORRECTA SU APRECIACION, PUEDE OFERTAR UBO CON TECNOLOGIA DE "GRID SWITCH", SU PROPUUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.

[Handwritten signature]




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797935	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	<p>YA QUE ESTO MEJORA LA CALIDAD DE IMAGEN Y LA DOSIS DE RADIACIÓN DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> <p>PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO 1.7.1 DE ACUERDO CON LAS APLICACIONES DIAGNÓSTICAS Y DE TRATAMIENTO SOLICITADAS EN LA CEDULA, ENTENDEMOS QUE SE REQUIEREN VER AL MENOS IMAGEN EN VIVO Y DE REFERENCIA, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE SE DEBEN OFERTAR DOS PANTALLAS PLANAS DE 19" LCD O TFT MONOCROMÁTICA O COLOR PARA QUE PUEDAN SERVIR DE RESPALDO DEL MONITOR DE 55". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACION, PUEDE OFERTAR OS PANTALLAS PLANAS DE 19" LCD O TFT MONOCROMÁTICA O COLOR PARA QUE PUEDAN SERVIR DE RESPALDO DEL MONITOR DE 55"</p>
797936	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	<p>PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO 1.8.4 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR LA DIFICULTAD DE REFERENCIACIÓN TEXTUAL, SE NOS PERMITA REFERENCIAR: CORRECCION DE CONTORNOS INDICA SI LOS CONTORNOS SE HAN CORREGIDO DE FORMA MANUAL DURANTE EL ANALISIS. PARA CORRECCION GAMMA, LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?</p> <p>PUNTO 1.8. ¿ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE TENER LA POSIBILIDAD DE MANIPULACIÓN DE IMÁGENES, ROTACIÓN DE IMÁGENES 3D ADQUIRIDAS EN EL EQUIPO, VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN FLUOROSCOPICA, REALIZAR ZOOM DESDE EL TOUCH PANEL MONTADO EN LA MESA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR CORRECCION DE CONTORNOS INDICA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
797937	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	<p>¿ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE TENER LA POSIBILIDAD DE MANIPULACIÓN DE IMÁGENES, ROTACIÓN DE IMÁGENES 3D ADQUIRIDAS EN EL EQUIPO, VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN FLUOROSCOPICA, REALIZAR ZOOM DESDE EL TOUCH PANEL MONTADO EN LA MESA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACION PUEDE OFERTAR LA POSIBILIDAD DE MANIPULACIÓN DE IMÁGENES, ROTACION DE IMÁGENES 3D ADQUIRIDAS EN EL EQUIPO, VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN FLUOROSCOPICA, REALIZAR ZOOM DESDE EL TOUCH PANEL MONTADO EN LA MESA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
797938	ASESORES EN	TÉCNICO	CEDULAS DE	<p>PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR ANÁLISIS LVA, GCA,</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2


ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV		DESCRIPCIÓN	(PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO 1.8.8. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANALISIS LVA, QCA, QVA CON CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL, MEDICIÓN DE ESTENOSIS EN EL EQUIPO COMO EN EL MÓDULO DE PANTALLA TACTIL QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE EXAMINACIÓN, ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER UN MEJOR FLUJO DE TRABAJO EN LA SALA DE HEMODINAMIA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	QVA CON CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL, MEDICIÓN DE ESTENOSIS EN EL EQUIPO COMO EN EL MÓDULO DE PANTALLA TACTIL QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE EXAMINACIÓN,
797939	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	TÉCNICO	CECILLAS DE DESCRIPCIÓN	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO 1.8.9 DEBEMOS ENTENDER QUE ADICIONAL A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.8.9 SE DEBERÁ OFERTAR UN MANDO DE VISUALIZACIÓN A DISTANCIA PORTÁTIL CON LA FINALIDAD DE CONTROLAR LAS FUNCIONES DE VISUALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DESDE CUALQUIER LUGAR DE A SALA DE EXPLORACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR MANDO DE VISUALIZACIÓN A DISTANCIA PORTÁTIL CON LA FINALIDAD DE CONTROLAR LAS FUNCIONES DE VISUALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DESDE CUALQUIER LUGAR DE A SALA DE EXPLORACIÓN. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797940	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	TÉCNICO	CECILLAS DE DESCRIPCIÓN	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTOS 1.8.11 Y SUBPUNTOS 1.8.11.1 A 1.8.11.9 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTOS PUNTOS CON CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE ADICIONAL STATEMENT DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR ESTOS PUNTOS CON CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE ADICIONAL DE ADJUNTAR EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO,
797941	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	TÉCNICO	CECILLAS DE DESCRIPCIÓN	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTOS 1.9.10 Y SUBPUNTOS 1.9.10.1 A 1.9.10.8 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR ESTOS PUNTOS CON CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE ADICIONAL DE ADJUNTAR EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2


ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797942	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTOS PUNTOS CON CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE ADICIONAL DE ADJUNTAR EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA? PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO DESPLIEGUE DE PRESIONES P1, P2, P3 Y P4 DONDE A CADA CANAL DE PRESIÓN SE SELECCIONA Y ESTABLECEN LOS LÍMITES DE PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y SIMULTANEA LO CUAL ES EQUIVALENTE Y ES LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA? PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO 2.2.7. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: 0.25CM/MLV, 0.5CM/MLV, 1CM/MLV, 2CM/MLV. LO CUAL NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD Y PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS. ¿SE ACEPTA?	TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO DESPLIEGUE DE PRESIONES P1, P2, P3 Y P4. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797943	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTOS PUNTOS CON CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE ADICIONAL DE ADJUNTAR EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA? PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: 0.25CM/MLV, 0.5CM/MLV, 1CM/MLV, 2CM/MLV. LO CUAL NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD Y PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR: 0.25CM/MLV, 0.5CM/MLV, 1CM/MLV, 2CM/MLV. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797944	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTOS PUNTOS CON CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE ADICIONAL DE ADJUNTAR EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA? PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR (PARA SEGUNDO NIVEL) PUNTO 2.7. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UNA UPS DE 100 KVAS CON 9 MINUTOS DE RESPALDO O MAYOR, YA QUE CON ESTA CAPACIDAD Y ESTE TIEMPO ES SUFICIENTE PARA PODER TERMINAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO CON SEGURIDAD PARA EL PACIENTE, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE FERTAR UNA UPS DE 100 KVAS CON 9 MINUTOS DE RESPALDO O MAYOR, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797945	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO XXIII ANEXOS ÁREA REQUERENTE	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO LAS CARTAS ENLISTADAS EN EL APARTADO "DOCUMENTOS QUE DEBERÁ	NO ES CORRECTO, DENTRO DE LAS BASES, TÉRMINOS Y CONDICIONES SE SOLICITAN DEVERAS CARTAS Y DOCUMENTOS, POR LO DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO POR LA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797946	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	SIN NUMERAL	PRESENTAR LOS LICITANTES EN SU PROPUESTA TÉCNICA FORMARON PARTE DE NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA?, FAVOR DE ACLARAR AGRADECEREMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LAS CARTAS, ESCRITOS Y ANEXOS SERAN DIRIGIDAS A CONTINUACION: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	CONVOCANTE. CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. ES CORRECTA SU APRECIACION. SE REFIERE AL NUMERAL 13.9 DE LA CONVOCATORIA.
797947	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	CARTA DICOM	EN CASO DE QUE LA PARTIDA QUE OFERTE MI REPRESENTADA NO SEA DE IMAGEN NOS PERMITA PRESENTAR ESCRITO DE NO APLICA A DICOM CONFORMANCE STATEMENT. ¿SE ACEPTA?	NO ES NECESARIO PRESENTAR CARTA. ESTA DEFINIDO PARA CUAL PARTIDA SE REQUIERE LA CARTA DICOM. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797948	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	VISITA, A3. VISITA A LAS INSTALACIONES	EN CASO DE QUE LOS BIENES QUE OFERTE MI REPRESENTADA NO REQUIERAN INSTALACION Y ADECUACIONES. ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SERA OBLIGATORIA LA VISITA Y BASTARA CON PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE INDICANDO LO MENCIONADO.	NO ES CORRECTO, TODAS LAS PARTIDAS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA REQUIEREN DE ALGUN TIPO DE INSTALACION. LA VISITA ES OPCIONAL Y ESTA DEBIDAMENTE DEFINIDO PARA CUAL PARTIDA ERA VIABLE REALIZAR LA VISITA DE ASI DEFINIRLO EL LICITANTE.
797949	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD	ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRAN PRESENTAR CONTRATOS DE EQUIPO MEDICO EN GENERAL PARA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DE SOPORTE DE VIDA O IMAGEN SEGUN SE TRATE LA PARTIDA QUE SE OFERTA?	SE SOLICITAN CONTRATOS DE CARACTERISTICAS SIMILARES AL EQUIPO QUE DESEA OFERTAR. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797950	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	C. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRAN PRESENTAR CONTRATOS PRIVADOS U ORDENES DE COMPRA DE EQUIPOS DE SIMILAR NATURALEZA A LOS QUE SE	ES CORRECTO. SE PODRAN PRESENTAR CONTRATOS PRIVADOS U ORDENES DE COMPRA DE EQUIPOS DE SIMILAR NATURALEZA (IMAGEN, SOPORTE DE VIDA) SIN QUE SE MODIFIQUE LA




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797951	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	CARTA DE APOYO DE FABRICANTE	OFERTEN?	CONVOCATORIA. NO ES CORRECTA SU APRECIACION, NO SE ACEPTAN CARTAS DE APOYO EMITIDAS POR LOS TITULARES DE REGISTRO SANITARIO SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797960	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DE LA CONVOCATORIA, ANEXO XVII	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN EL ANEXO XVII, EL APARTADO DE "NUMERAL DE FOLIO EN LA PROPOSTA DONDE ESTA EL DOCUMENTO" SERÁ LLENADO POR LA DEPENDENCIA Y NO POR EL LICITANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO CON FECHA DE EMISION DE CUANDO AL MENOS 15 DIAS PREVIOS A LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUUESTAS. ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, EL LICITANTE QUE PRESENTE EL ANEXO XVII DEBERA REQUISITARLO CON TODOS LOS DATOS REQUERIDOS.
797961	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 13.7.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE A QUE SE REFIERE CON EL REQUISITO SEÑALADO COMO OBLIGATORIO "REGISTRO ELECTRONICO DE PERSONAS FISICAS Y MORALES"	NO SE ACPEA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU OPINION DE CUMPLIMIENTO GENERADA DESDE LA CONCLUSION DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y HASTA ANTES DE LA PRESENTACION DE SU PROPOSICION TECNICO ECONOMICA.
797962	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	COMPRAS MX, APARTADO LEGAL ADMINISTRATIVO, NUM. DE REQ. 8,	SE REQUIERE DEL ANCLAJE DEL EQUIPO EN PISO, ¿QUÉ TIPO DE PISO SE TIENE? ¿ESPESOR DE PISO?, ¿RESISTENCIA DEL PISO? EN CASO DE REQUERIR UN MEJORAMIENTO DEL PISO PARA ANCLAR EL EQUIPO ¿QUIÉN SERÁ RESPONSABLE?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACALARACIONES LEGALES ADMINISTRATIVAS DE LA CONVOCATORIA. NO. CONSECUTIVO 7.
797963	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES		EL PROVEEDOR ADJUDICADO SERA RESPONSABLE DE REALIZAR ACABADOS EN EL LOCAL DONDE SE INSTALARA EL EQUIPO, SIEMPRE QUE LAS AREAS ESTEN DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE HEMODINAMIA, SUS ACCESORIOS Y EQUIPOS PERIFERICOS. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS. NO. CONSECUTIVO 5.
797964	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3 VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	¿QUIÉN SERÁ EL RESPONSABLE DE PROPORCIONAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y VOLTAJES, SOLICITADOS EN GUIA MECÁNICA PARA LA CONEXIÓN DEL EQUIPO EN SALA?	EL PROVEEDOR ADJUDICADO SERA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y VOLTAJES DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA ASIGNADA. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS. NO. CONSECUTIVO 5.


[Handwritten signatures and marks]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MEDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797965	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	PARA EL INGRESO DEL EQUIPO LAS SALA, ¿QUIÉN SERÁ RESPONSABLE DEL RETIRO Y REINSTALACION DE PUERTAS, EN CASO DE SER NECESARIO?	EL PROVEEDOR ADJUDICADO SERA RESPONSABLE DE PROVEER LA PUERTA EMPLOMADA. LAS DESINSTALACIONES NECESARIAS LAS LLEVARA A CABO PERSONAL DEL INSTITUTO. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS NO. CONSECUTIVO 5.
797966	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	EN CASO DE REQUERIR UN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO PARA EL EQUIPO, ¿QUIÉN SERÁ RESPONSABLE PARA SU SUMINISTRO E INSTALACIÓN?	EL PROVEEDOR ADJUDICADO SERA RESPONSABLE DE SUMINISTRAR EL TRANSFORMADOR ELÉCTRICO EN CASO DE REQUERIRSE Y DEACUERDO A TECNOLOGIA ASIGNADA FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS. NO. CONSECUTIVO 5.
797967	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	¿SE ACEPTAN INSTALACIONES VISIBLES EN MUROS?	NO SE ACEPTAN INSTALACIONES VISIBLES EN MUROS, ACTUALMENTE LA OBRA EN SU ESTADO PERMITE QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO REALICE LAS ADECUACIONES Y ACABADOS PERTINENTES Y FUNCIONALES PATA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE HEMODINAMIA. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS. NO. CONSECUTIVO 5.
797968	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	¿QUIÉN SERÁ RESPONSABLE SE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES TALES COMO TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA, INDICADOS EN GUÍAS MECÁNICAS DEL EQUIPO?	EL PROVEEDOR ADJUDICADO SERA RESPONSABLE DE QUE SE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES COMO TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA, INDICADOS EN SUS GUÍAS MECÁNICAS DEL EQUIPO ASIGNADO FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS. NO. CONSECUTIVO 5.
797969	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	SE REQUIERE UNA BARRA DE TRABAJO EN ÁREA DE CONTROL, ¿QUIÉN SERÁ EL RESPONSABLE DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN?	EL PROVEEDOR ADJUDICADO SERA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR TODO LO NECERARIO PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO DE HEMODINAMIA Y SUS EQUIPOS PERIFERICOS. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS. NO. CONSECUTIVO 5.
797970	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	CUENTAN CON PLANOS ACTUALIZADOS DEL ÁREA E INSTALACIONES QUE PASAN O INTERVIENEN EN LAS SALAS ¿PUEDEN PROPORCIONARNOS COPIA DE ESTOS?, PARA EN CASO DE REQUERIR PERFORAR O HACER ALGÚN AJUSTE LAS INSTALACIONES SE TENGA CONOCIMIENTO DE SUS	NO ES VIABLE ATENDER SU SOLICITUD, SE PROPORCIONARA LA INFORMACION NECESARIA AL PROVEEDOR ADJUDICADO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797971	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	TRAYECTORIAS. ¿SE TIENE TIERRA FISICA PARA LA PROTECCION DEL EQUIPO?, EN CASO DE SER NECESARIO SU COLOCACION ¿QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA INSTALACION? Y DISTANCIA A LA SALA? SE OBSERVAN INSTALACIONES HIDRO SANITARIA EN SALA Y RECUPERACION QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE COLOCAR ACCESORIOS Y FALTANTES Y EN CASO DE SER EL PROVEEDOR QUE MOBILIARIO O EQUIPOS DEBERIAN COLOCARSE EN ESTOS ESPACIOS?	NO SE TIENE TIERRA FISICA. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA GENERAR UNA TIERRA FISICA NUEVA PARA EL EQUIPO DE HEMODINAMIA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LOS ACABADOS Y MOBILIARIO DE AREAS QUE NO SE RELACIONAN CON EL EQUIPO DE HEMODINAMIA Y SUS EQUIPOS PERIFERICOS, SON RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797972	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	EN CASO DE REQUERIR ALIMENTACIÓN A 127 A QUÉ DISTANCIA SE ENCUENTRA EL TABLERO MAS CERCAÑO DE DONDE SE ALIMENTARAN Y QUIÉN SERA EL RESPONSABLE?	EL TABLERO MAS CERCAÑO SE LOCALIZA A MAXIMO 5 METROS LINEALES DE DISTANCIA EL PROVEEDOR ADJUDICADO SERA RESPONSABLE DE LA INSTALACION ELÉCTRICA Y VOLTAJES DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA ASIGNADA. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS. NO. CONSECUTIVO 5.
797973	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	EL ÁREA NO CUENTA CON GASES MEDICINALES. QUIEN SERÁ EL RESPONSABLE Y EN CASO DE SER EL PROVEEDOR EL RESPONSABLE A QUÉ DISTANCIA SE TIENE LA TOMA MAS CERCAÑA	YA SE CUENTA CON GASES MEDICINALES: AIRE Y OXIGENO.
797974	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	EN CASO DE NO CONTAR EN EL ÁREA CON EL ESPACIO SUFICIENTE PARA UPS Y EQUIPAMIENTO SE PUEDE TOMAR ALGÚN ESPACIO DEL ÁREA DE RECUPERACIÓN? Y QUIEN SERA RESPONSABLE DE DICHAS ADECUACIONES?	SI SE CUENTA CON ESPACIO PARA LA INSTALACION DEL UPS. EL PROVEEDOR ADJUDICADO SERA RESPONSABLE DE REALIZAR ACABADOS EN EL LOCAL DONDE SE INSTALARA EL EQUIPO, SIEMPRE QUE LAS AREAS ESTEN DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA PUERTA EN MARCHA DE EQUIPO DE HEMODINAMIA, SUS ACCESORIOS Y EQUIPOS PERIFERICOS, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS. NO. CONSECUTIVO 5.
797975	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	EN SUBESTACIÓN SE PODRÁ COLOCAR EL TRANSFORMADOR? AL COLOCARSE UN TRANSFORMADOR DE 13200 VOLTS SE ENTIENDE QUE SE DEBERÁ GESTIONAR UNA LIBRANZA CON EL HOSPITAL Y QUIZÁ CFE SE	SI EXISTE ESPACIO EN LA SUBESTACIÓN PARA EL TRANSFORMADOR, SE DEBE REALIZAR UNA BASE. LA LIBRANZA SE DEBE HACER, ASI COMO REALIZAR EL RECALCULO DE LOS FUSIBLES EN MEDIA TENSION MISMOS QUE DEBEN SER
797976	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES		

[Handwritten signatures and marks]




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797977	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	TENDRÁ UN TIEMPO ESTIMADO DE CUANTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS? Y EN CASO DE NO CONCLUIRLOS SE PODRÁ REALIZAR UNA SEGUNDA LIBRANZA.?	PROVISTOS POR EL PROVEEDOR. EN CUANTO AL TIEMPO SE PUEDE DAR 4 A 5 HORAS QUE SERIAN SUFICIENTES PARA LA INSTALACIÓN SI SE CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS AL ALCANCE.
797978	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	SE HARÁN MEJORAS EN ÁREAS DE RECUPERACIÓN O SE PUEDE QUEDAR COMO SE TIENE SIN REALIZAR INTERVENCIÓN.?	EL AREA DE RECUPERACION NO SE RELACIONA CON LA INSTALACION DEL EQUIPO DE HEMODINAMIA O DE SUS EQUIPOS PERIFERICOS.
797979	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	SE TIENE UN ESPACIO QUE SE DESCONOCE PARA QUE ES AL MOMENTO DE LA VISITA EN ESTE SE PUEDE COLOCAR EL EQUIPAMIENTO DEL EQUIPO.?	SI SE VALORA LA OPCION, DE ACUERDO DE LAS DIMENSIONES DEL EQUIPAMIENTO DEL EQUIPO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.
797980	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	QUIEN SERÁ EL RESPONSABLE DE LAS INSTALACIONES FALTANTE EN CONTROL, RECUPERACIÓN, EQUIPAMIENTO	EL PROVEEDOR ADJUDICADO SERA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR TODO LO NECARIO PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO DE HEMODINAMIA Y SUS EQUIPOS PERIFERICOS. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS. NO. CONSECUTIVO 5.
797981	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	SE PUEDE ANCLAR EL EQUIPO A LA LOSA O A LAS TRABES? O ES INDISTINTO A DÓNDE SE ANCLE EL EQUIPO?	ES INDISTINTO A DONDE SE ANCLE EL EQUIPO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797982	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	SE PUEDE COLOCAR UNA MIRILLA MÁS PEQUEÑA O SE DEBE CONSIDERAR EL ESPACIO QUE ACTUALMENTE SE TIENE EN EL AREA.?	EL PROVEEDOR ADJUDICADO PODRA REALIZAR LAS ADECUACIONES EN AREA QUE PERMITAN LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DE HEMODINAMIA Y SUS EQUIPOS PERIFERICOS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797983	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE COLOCAR PUERTAS DE SALA? Y/O FALTANTES	EL PROVEEDOR ADJUDICADO SERA RESPONSABLE DE PROVEER LA PUERTA EMPLOMADA. LAS DESINTALACIONES NECESARIAS LAS LLEVARA A CABO PERSONAL DEL INSTITUTO. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS. NO. CONSECUTIVO 5.
797984	SUMINISTRO PARA	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS	SE OBSERVAN PUERTAS EN CONTROL ESTAS QUEDARAN LAS EXISTENTE O SE DEBERA CAMBIAR PARA UNIFICAR CON ALGUNAS OTRAS	EL PROVEEDOR ADJUDICADO PODRA REALIZAR LAS ADECUACIONES EN AREA QUE PERMITAN LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DE HEMODINAMIA Y SUS EQUIPOS PERIFERICOS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
	SUMINISTRO PARA	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS	NOS PROPORCIONARAN EL CATALOGO DE	SI. AL PROVEEDOR ADJUDICADO SE LE




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797985	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	INSTALACIONES INSTITUCIONALES	MATERIALES A COLOCAR EN CASO DE PISO, LUMINARIAS, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, ACABADOS EN MUROS Y PUERTAS?	PROPORCIONARA EL CATALOGO DE MATERIALES A COLOCAR EN CASO DE PISO, LUMINARIAS, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, ACABADOS EN MUROS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797985	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	12.3. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES	EN CASO DE REQUERIR SUJETARSE DE LA LOSA SUPERIOR QUE ESPESOR SE TIENE EN LA LOSA DEL NIVEL ARRIBA. ESPESOR DE PISO Y LOSA?	SE PROPORCIONARA LA INFORMACION NECESARIA AL PROVEEDOR ADJUDICADO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
798003	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	COMPRAS MX, APARTADO LEGAL ADMINISTRATIVO, NUM. DE REQ. 8,	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI EL REQUISITO DENOMINADO "REGISTRO ELECTRONICO DE PERSONAS FISICAS Y MORALES" SE REFIERE AL "ACUSE DEL PROVEEDOR" EXPEDIDO EN EL ANTIGUO SISTEMA COMPRANET 2023, GENERADO AL MOMENTO DE LA CREACIÓN DEL PERFIL DE LA EMPRESA, EL CUAL SE ENCUENTRA DISPONIBLE DENTRO DEL MÓDULO "REGISTRO EMPRESARIAL" DEL PORTAL COMPRAS MX, ESPECÍFICAMENTE EN EL APARTADO "HISTORIAL DE ACCIONES" > ACCIÓN: EDICIÓN DE REGISTRO DE PROVEEDOR-CONTRATISTA. FAVOR DE CONFIRMAR SI DICHO DOCUMENTO ES SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO SEÑALADO.	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES LEGALES ADMINISTRATIVAS DE LA CONVOCATORIA. NO. CONSECUTIVO 7.
798004	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	COMPRAS MX, APARTADO LEGAL ADMINISTRATIVO, NUM. DE REQ. 8,	SE SOLICITA QUE, EN CASO DE NO PRESENTAR EL DOCUMENTO DENOMINADO "REGISTRO ELECTRONICO DE PERSONAS FISICAS Y MORALES", ELLO NO SEA CAUSAL DE DESECHAMIENTO, TODA VEZ QUE LA PARTICIPACION EN ESTA LICITACION IMPLICA YA LA VALIDACION DEL REGISTRO POR PARTE DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES LEGALES ADMINISTRATIVAS DE LA CONVOCATORIA. NO. CONSECUTIVO 7.
798005	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA 4. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTRO	PARTIDA 1 INCIOS 2. ACCESORIOS Y 3. CONSUMIBLES ENTENDEMOS QUE PARA TODOS LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES ÚNICAMENTE DEBEREMOS PRESENTAR PARA ESTE INCISO	NO ES CORRECTO, EL NUMERAL 4 "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien a contratar" DEFINE LOS DOCUMENTOS QUE SE DEBERAN PRESENTAR DE LOS CONSUMIBLES Y

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MEDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
798193	INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS VALMA SA DE CV	LEGAL- ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6	REGISTRO SANITARIO O SI APLICA EL "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" ¿CORRECTO? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A ESTA SOLICITUD DEL NUMERAL 6 DE LAS BASES "CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE; HABILITACIÓN SIN RESTRICCIONES DE USO DE LAS FUNCIONES (CLASES DE SERVICIO) DICOM 3.0. SE CONSIDERARÁ INTERFAZ VÁLIDA SIEMPRE Y CUANDO EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT COMPROBEBE QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS SOPORTAN LOS SERVICIOS REQUERIDOS.", SE SOLICITA SE ACLARE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA SOLICITUD ¿BASTA CON LA CARTA COMPROMISO DESCRITA EN EL MISMO PÁRRAFO?	ACCESORIOS, NO ES ÚNICAMENTE EL REGISTRO SANITARIO. PUEDE REFERENCIAR "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" PARA LOS CONSUMIBLES SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIARLA MEDIANTE ESCRITO LIBRE. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
798194	INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS VALMA SA DE CV	LEGAL- ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, SOLICITAMOS DE MANERA AMABLE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR DE MANERA CLARA ¿DE QUE FORMA SE PUEDE COMPROBAR QUE SE CUMPLE CON EL SOPORTE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS?. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A ESTA SOLICITUD DEL NUMERAL 6 DE LAS BASES "ADEMÁS DE GARANTIZAR SU CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DIGITAL INSTALADO EN LA UNIDAD MÉDICA SIN COSTO PARA EL INSTITUTO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT. EXPEDIDO POR	NO ES NEGATIVA LA RESPUESTA AL PLANTEAMIENTO ANTERIOR,
798195	INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS VALMA SA DE CV	LEGAL- ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6		SE SOLICITA CARTA DE HABILITACION SIN RESTRICCIONES DE USO DE LAS FUNCIONES EMITIDA POR EL FABRICANTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
798196	INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS VALMA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6	EL FABRICANTE DEL BIEN OFERTADO, SE SOLICITA SE ACLARE ¿QUE EXACAMENTE REQUIERE LA CONVOCANTE PARA VERIFICAR QUE SE GARANTIZA LA CONCECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DIGITAL INSTALADO EN LA UNIDAD MÉDICA? SE ENTIENDE QUE EN CASO DE QUE A LOS EQUIPOS A OFERTAR DENTRO DE LOS QUE SE LICITAN NO LES APLICA NADA REFERENTE A DICOM, BASTARÁ CON UNA CARTA QUE INDIQUE ESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, NO ES NECESARIO PRESENTAR CARTA. ESTA DEFINIDO PARA CUAL PARTIDA SE REQUIERE LA CARTA DICOM. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
798217	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.5. EVALUACIÓN TÉCNICO - ADMINISTRATIVA	PUNTO 3: SOLICITAMOS AMABLEMENTE, A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE NO SERÁ CAUSA DESECHAMIENTO QUE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES, SOLICITADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO NO ESTEN DADOS DE ALTA EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX TODA VEZ QUE LOS CONTRATOS DE LOS AÑOS 2019 AL 2021 NO SE FIRMANBAN EN ESTA PLATAFORMA. FAVOR DE CONFIRMAR	SE ACLARA QUE EL LICITANTE DEBERA INTEGRAR A SU PROPUESTA TECNICA LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITE: CAPACIDAD, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD, TALES DOCUMENTOS SERAN VERIFICADOS COMO PARTE DE LA EVALUACION TECNICA, LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS SE ENVIARAN A TRAVES DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, COMPRAS MX, TODAS VEZ QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 36 DE LA LAASSP, EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ES ELECTRONICO. NO ES REQUISITO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE LOS CONTRAATOS DEL LICITANTE SE ENCUENTREN REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX.
798220	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	CEDULA 17409, PARTIDA 2	EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 1.2.1, DE LA ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE, DONDE SE SOLICITA "SUMINISTRAR DOS VAPORIZADORES (ISOFLURANO, SEVOFLURANO O DESFLURANO, SELECCIONABLE ACORDE A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS)", SE SOLICITA ATENTAMENTE SE ACLARE CUANTOS VAPORIZADORES REQUERIRÁ CADA UNIDAD MÉDICA, ESPECIFICANDO EL TIPO DE AGENTE ANESTÉSICO A UTILIZAR, A FIN DE PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ADECUADA A SUS	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TÉCNICAS DE LA CONVOCATORIA. NO. CONSECUTIVO 2.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
798221	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA	REQUERIMIENTOS. CON RELACIÓN AL PUNTO 3.3 CONDICIONES DE ENTREGA, SUBNUMERAL 8, EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS CON LA INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA DE TIPO SANITARIO PARA LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-137-SSA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS", SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI ESTE REQUERIMIENTO SERÁ APLICABLE ÚNICAMENTE PARA BIENES DE FABRICACIÓN NACIONAL	NO ES CORRECTO, EL CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE ETIQUETADO APLICA SIN DISTINCIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
798222	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA	CON RELACIÓN AL NUMERAL 3.6 "VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARAN O COLOCARÁN LOS BIENES", SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI DICHO REQUISITO APLICA ÚNICAMENTE PARA LA PARTIDA 1, O SI ES OBLIGATORIO PARA TODAS LAS PARTIDAS INCLUIDAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN.	LA VISITA ES OPCIONAL Y APLICA ÚNICAMENTE PARA LA PARTIDA 1.
798242	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 3 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO.	PUNTO 1.2 CON UN PESO NO MAYOR A 1 O KG, CONTEMPLANDO LA BATERIA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA INTENSIÓN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITIRNOS OFERTAR UN EQUIPO DE 10.1 KG INCLUYENDO LAS BATERIAS INTERNAS	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
798243	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA	CON RELACIÓN AL NUMERAL 3.6 "VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARAN O COLOCARÁN LOS BIENES", SE ENTIENDE QUE PARA LAS PARTIDAS 2 Y 3 SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR UNA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SE SEÑALE QUE SE CONOCEN LAS CONDICIONES DEL ÁREA DONDE SERÁN INSTALADOS LOS	NO ES NECESARIO PRESENTA CARTA. ESTA DEFINIDO PARA CUAL PARTIDA SE REQUIERE LA CARTA DICOM. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
798244	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	CEDULA 17409, PARTIDA 2	EQUIPOS. 1.1.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON 3 CONTACTOS Y UN CONTACTO MULTIPLE DE GRADO MÉDICO DE 4 CONTACTOS GARANTIZANDO LA NO SUSTRACCIÓN DE ESTE MISMO, DANDO COMO SUMA EL TENER 7 CONTACTOS, ESTO PARA LA MAYOR COLOCACIÓN DE EQUIPOS QUE NECESITE EL PERSONAL MÉDICO. LO ANTERIOR PERMITE BRINDAR MAYOR CANTIDAD DE CONECTORES, SIN AFECTAR LA AUTONOMÍA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
798245	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA	CON RELACIÓN AL PUNTO 4 "LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR", SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI, EN CASO DE QUE LA EMPRESA LICITANTE SEA TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDIENTE, NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, NO SE ACEPTAN CARTAS DE APOYO EMITIDAS POR LOS TITULARES DE REGISTRO SANITARIO.SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION NO PODRAN SER NEGOCIADAS.
798246	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA	CON RELACIÓN AL REQUISITO QUE INDICA QUE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITANTES DEBERÁ ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE, EN CASO DE PRESENTAR DOCUMENTACIÓN EN UN IDIOMA DISTINTO, BASTARÁ CON ADJUNTAR UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, Y QUE DICHA TRADUCCIÓN PODRÁ LIMITARSE ÚNICAMENTE A LAS PÁGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SUSTENTEN LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PUEDE PRESENTAR TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL EN UNA CARTA CON LA RELACIÓN DE LOS PUNTOS, PÁRRAFOS O SECCIONES EN IDIOMA DIFERENTE, EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
798247	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR QUE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PUEDA REFERENCIARSE CONFORME A LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, SIN QUE ELLO IMPLIQUE UNA LIMITACIÓN A LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES.	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE/TECNOLOGIA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
798248	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	CEDULA 17409, PARTIDA 2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDAN INFORMAR EL TIPO DE CONECTOR REQUERIDO PARA LA TOMA MURAL DE GASES MEDICINALES, DE ACUERDO CON LA INSTALACIÓN DE UNA UNIDAD MEDICA, A FIN DE GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD CON LAS MANGUERAS DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTES.	AUN NO SE CUENTA CON CONECTOR A LA TOMA MURAL, EL PROVEDEOR ADJUDICADO DEBERA SUMINISTRAR LOS CONECTORES Y GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD CON EL EQUIPO ASIGNADO. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS NO. CONSECUTIVO 5.
798249	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA	CON RELACION AL NUMERAL 3.1 "PLAZO" DE LAS BASES DE LA LICITACION, EN EL QUE SE ESTABLECE QUE "EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO SERA MAXIMO DE 60 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE AL ACTO DE FALLO", SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LA AMPLIACION DEL PLAZO DE ENTREGA A 90 DIAS HABILES, EN VIRTUD DE LOS TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA FABRICACION, IMPORTACION, LOGISTICA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LOS BIENES OFERTADOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR UNA ENTREGA EN CONDICIONES OPTIMAS Y SIN AFECTAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO.	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS DE LA CONVOCATORIA NO. CONSECUTIVO 1.
798250	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO 1.- REQUERIMIENTO	2.531.053.0372.00.01 17409 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA 1.2.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR QUE TIPO DE VAPORIZADORES SE REQUERIEREN	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS DE LA CONVOCATORIA NO. CONSECUTIVO 2.
798251	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO 1.- REQUERIMIENTO	3.531.941.0279.04.01 12190 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO PUNTO 1.8 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA A HACER REFERENCIA A ESTE	NO SE ACEPTA, NO SE APRECIA PRECISION EN EL PLANTEAMIENTO DE SU PREGUNTA AL NO MENCIONAR EL NUMERAL AL QUE HACE REFERENCIA, POR LO QUE NO ES POSIBLE EMITIR




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
798252	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO 1.- REQUERIMIENTO	PUNTO COMO RECARGA DE BATERIA DE 4 A 10 HORAS COMO MAXIMO PARA LLEGAR AL 90% DE LA CARGA TOTAL, YA QUE PODRIA VARIAS TRAS EL PASO DEL TIEMPO Y USO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA? 3.531.941.0279.04.01 12190 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO PUNTO 2.2 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REFIERE A QUE EN CASO QUE LA TECNOLOGIA UTILICE EL MIMOS SENSOR DE FLUJO REUSABLE TANTO PARA EL TIPO DE PACIENTE ADULTO Y PEDIATRICO NO SERA NECESARIO OFERTAR UN SENSOR ADICIONAL, ¿ES CORRECTO? 3.531.941.0279.04.01 12190 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO PUNTO 2.3 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REFIERE A QUE EN CASO QUE LA TECNOLOGIA UTILICE EL MIMOS SENSOR DE FLUJO REUSABLE TANTO PARA EL TIPO DE PACIENTE ADULTO Y PEDIATRICO NO SERA NECESARIO OFERTAR UN SENSOR ADICIONAL, ¿ES CORRECTO?	RESPUESTA ESPECIFICA. DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LAASSP. ES CORRECTO LA OFERTA TECNICA EN ESTE NUMERAL ES DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA QUE OFERTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
798253	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO 1.- REQUERIMIENTO	3.531.941.0279.04.01 12190 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO PUNTO 2.7 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REFIERE A QUE EN CASO QUE LA TECNOLOGIA UTILICE LA MISMA VALVULA DE EXHALACION REUSABLE TANTO PARA EL TIPO DE PACIENTE ADULTO Y PEDIATRICO NO SERA NECESARIO OFERTAR UN DOS VALVULAS DE EXHALACION REUSABLES ADICIONALES, ¿ES CORRECTO? 3.531.941.0279.04.01 12190 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO PUNTO 1.8.7 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA ESTE PUNTO COMO ASA Y SOPORTE PARA CAMILLA O PEDESTAL, PROTECTORES ANTI GOLPES O MOCHILA, ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTO LA OFERTA TECNICA EN ESTE NUMERAL ES DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA QUE OFERTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
798254	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO 1.- REQUERIMIENTO	3.531.941.0279.04.01 12190 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO PUNTO 2.7 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REFIERE A QUE EN CASO QUE LA TECNOLOGIA UTILICE LA MISMA VALVULA DE EXHALACION REUSABLE TANTO PARA EL TIPO DE PACIENTE ADULTO Y PEDIATRICO NO SERA NECESARIO OFERTAR UN DOS VALVULAS DE EXHALACION REUSABLES ADICIONALES, ¿ES CORRECTO? 3.531.941.0279.04.01 12190 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO PUNTO 1.8.7 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA ESTE PUNTO COMO ASA Y SOPORTE PARA CAMILLA O PEDESTAL, PROTECTORES ANTI GOLPES O MOCHILA, ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTO LA OFERTA TECNICA EN ESTE NUMERAL ES DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA QUE OFERTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
798255	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO 1.- REQUERIMIENTO	3.531.941.0279.04.01 12190 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO PUNTO 1.8.7 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA ESTE PUNTO COMO ASA Y SOPORTE PARA CAMILLA O PEDESTAL, PROTECTORES ANTI GOLPES O MOCHILA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR ASA Y SOPORTE PARA CAMILLA O PEDESTAL, PROTECTORES ANTI GOLPES O MOCHILA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
798256	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO 1.- REQUERIMIENTO	2.531.053.0372.00.01 17409 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA 1.2.1 DEBEMOS ENTENDER QUE REQUIEREN DOS VAPORIZADORES DE DIFERENTES AGENTES ANESTESICOS O SON DOS DEL MISMO AGENTE ANESTESICO, POR FAVOR INDICAR CUAL O CUALES SERIAN LOS VAPORIZADORES REQUERIDOS.	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES TECNICAS DE LA CONVOCATORIA. NO. CONSECUTIVO 2.
798257	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO 1.- REQUERIMIENTO	2.531.053.0372.00.01 17409 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTOS 1.7.9.8, 1.7.9.8.1, 1.7.9.8.2, 1.7.9.8.3, 1.7.9.8.4, 1.7.9.8.5, 1.9.8.6, 1.7.10.2 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTOS PUNTOS DESPLEGADOS EN EL MONITOR DE LA MAQUINA DE ANESTESIA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR EN EL MONITOR DE LA MAQUINA DE ANESTESIA LOS PUNTOS 1.7.9.8, 1.7.9.8.1, 1.7.9.8.2, 1.7.9.8.3, 1.7.9.8.4, 1.7.9.8.5, 1.9.8.6, 1.7.10.2, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
798258	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO NO 1.- REQUERIMIENTO	2.531.053.0372.00.01 17409 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA PUNTOS 1.7.14 Y 1.7.14.1 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTOS PARAMETROS POR MEDIO DE UN MONITOR EXTERNO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
798263	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4 11713 - ELECTROCARDIOGR AFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN.	1.3.3 TAMAÑO ENTRE 4.5" HASTA 12" COMO MÁXIMO SOLICITAMOS AL A CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE 12.1"	ESTA LICITACION NO TIENE PARTIDA 4, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LAASSP NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA.
798264	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4 11713 - ELECTROCARDIOGR AFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN.	1.4.10 SENSIBILIDAD ESPIRATORIA O TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR EL TERMINO SENSIBILIDAD ESPIRATORIA O TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA COMO ACTIVACION ESPIRATORIA %ET	ESTA LICITACION NO TIENE PARTIDA 4, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LAASSP NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA.
798265	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4 11713 - ELECTROCARDIOGR AFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN.	1.6.10 INDICADOR DE HORAS DE USO. ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR EL INDICADOR DE HORAS DE USO A TRAVES DE LA REFERENCIACIÓN A LA CAPTURA DE PANTALLA, SE ACEPTA?	ESTA LICITACION NO TIENE PARTIDA 4, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LAASSP NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA.
798266	HEALTHCARE	TÉCNICO	PARTIDA 4 11713 -	1.8.7 MOCHILA, ASA Y SOPORTE O BRACKET	ESTA LICITACION NO TIENE PARTIDA 4, DE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-82-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
798267	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4 11713 - ELECTROCARDIOGR AFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN.	PARA CAMILLA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE REFERENCIAR LA MOCHILA, ASA Y SOPORTE DE BRAKET PARA CAMILLA COMO ASA Y SOPORTE PARA EQUIPO 2.1 UNA (1) MANGUERA PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CODIGO AMERICANO DE COLORES: 02: VERDE. (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO.) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS ACCESORIOS COMO MANGUERA DE SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CODIGO AMERICANO DE COLORES QUE NO APARECEN EN EL CATALOGO SE PUEDAN REFERENCIAR COMO INCLUIDOS O CON CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. SE ACEPTA?	CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LAASSP NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA. ESTA LICITACION NO TIENE PARTIDA 4, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LAASSP NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA.
798268	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4 11713 - ELECTROCARDIOGR AFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN.	2.5 UN (1) CABLE PARA CONEXIÓN A DC PARA AMBULANCIA.(INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO.) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE APERTURAR ESTE PUNTO, YA QUE NUESTRA TECNOLOGIA NO REQUIERE DE PUERTO DE DC	ESTA LICITACION NO TIENE PARTIDA 4, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LAASSP NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA.
798269	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4 11713 - ELECTROCARDIOGR AFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN.	4.2 CONEXIÓN DC PARA AMBULANCIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE APERTURAR ESTE PUNTO, YA QUE NUESTRA TECNOLOGIA NO REQUIERE DE PUERTO DE DC	ESTA LICITACION NO TIENE PARTIDA 4, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LAASSP NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA.

FIN DEL ACTA

[Handwritten signature]

