



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2**

En la Ciudad de León Guanajuato, siendo las **12:00 horas** del día **04 de Junio de 2025**, de conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 46 del reglamento de la Ley; en el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle Suecia esquina con España S/N, Colonia Los Paraísos; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de la **Junta de Aclaraciones** a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 36, 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 46 de su Reglamento de la Ley, así como del **numeral 12.4** de la Convocatoria al rubro citada.

Este acto fue presidido por la Licenciada Nohemi Patricia Rangel Diaz, Servidora Pública facultada por la Convocante, en apego al numeral 5.3.8 b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, vigentes por acuerdo de H. Consejo Técnico mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.260923/271.P.DA., quien al inicio de esta junta, comunicó a los funcionarios que de conformidad con el artículo 44 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, Compras MX, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan publicado con 24 horas de anticipación a este acto es decir, hasta las **12:00 horas del día 03 de junio de 2025**, caso contrario, las solicitudes de aclaración que sean publicadas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas de conformidad con el Artículo 46 fracción VI del Reglamento de la Ley.

Quien preside el acto, es asistido por el representante de la **Jefatura de Servicios Jurídicos**, por el Representante del Área del **Órgano Interno de Control**, por el representante del **Área Técnica Requirente de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas**; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, en correlación con los artículos 2, fracción III y 46 fracción V del Reglamento; así mismo, se informa que el Área Contratante, responderá las solicitudes de aclaración de carácter legal y administrativo; todos los nombres y firmas de los funcionarios que participan, constan al final de la presente Acta.

Acto seguido, quien preside dio inicio señalando que una vez verificado la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominado Compras MX, y consultando el expediente número **E-2025-00038261** número de procedimiento **P-2025-00031913**, asienta que **se recibieron** en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de la Plataforma Compras MX, de conformidad con lo siguiente:-----

SIN TEXTO





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025

Table with 3 columns: Campo, Valor, and Estado. Includes fields for 'Codigo del expediente', 'Numero de procedimiento de contratacion', 'Codigo interno del procedimiento', and 'Licitantes que han presentado proposicion'.

Table with 3 columns: Campo, Valor, and Estado. Includes sections for 'DATOS DEL ENTE CONTRATANTE', 'CRONOGRAMA DE EVENTOS', and 'Aplica visita'.

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Table with 3 columns: Campo, Valor, and Estado. Includes 'Junta aclaraciones 1' with fields for 'Fecha y hora de junta de aclaraciones' and 'Fecha y hora limite para envio de aclaraciones'.

Empresas que han manifestado interes en participar. Includes a search bar and 'Exportar listado' button.

Table with 7 columns: Num., Licitante, Fecha y hora de registro en el procedimiento, Fecha de expresion de interes, Manifiesto, Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones, and Acuse(s) de Repreguntas. Lists 10 companies.

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones*
04/08/2025 12:00

Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compras MX*
03/06/2025 12:00

Empresas que han manifestado interés en participar

🔍 BUSCAR

Exportar listado

Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
11	GOSAMED SA DE CV	23/05/2025 09:04	23/05/2025 16:30			
17	DIFEROSIVOS Y TECNOLOGIA MEDICA S DE RL DE CV	26/05/2025 11:23	26/05/2025 14:13			
13	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	23/05/2025 10:08	23/05/2025 10:08			
14	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV	03/06/2025 11:04				
15	DAPRO MED SA DE CV	28/05/2025 12:43	28/05/2025 12:44			
16	ENCORE HEALTH S A P I DE CV	29/05/2025 18:00				
17	FARMACEUTICA DAAIA SA DE CV	30/05/2025 16:23	30/05/2025 16:24			
18	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	30/05/2025 16:28				
19	GLOBAL MEDICAL PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	02/06/2025 11:32				
20	GO PHARMA SA DE CV	02/06/2025 17:08	02/06/2025 17:10			

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones*
04/08/2025 12:00

Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compras MX*
03/06/2025 12:00

Empresas que han manifestado interés en participar

🔍 BUSCAR

Exportar listado

Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
21	GRUPO FAYX SA DE CV	23/05/2025 12:13	23/05/2025 12:14			
22	HUMAN CARE HS SA DE CV	20/05/2025 12:06				
23	INDUSTRIAS COBRAMEX SA DE CV	23/05/2025 08:07				
24	INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS YALMA SA DE CV	02/06/2025 20:57	02/06/2025 20:57			
25	INGENIERIA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SA DE CV	23/05/2025 12:16	23/05/2025 12:16			
26	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MEX SA DE CV	23/05/2025 11:18	23/05/2025 11:19			
27	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	27/05/2025 10:36	27/05/2025 16:37			
28	KOOLFER SA DE CV	27/05/2025 09:58	27/05/2025 17:23			
29	LUMAFESA S DE RL DE CV	02/06/2025 20:24	02/06/2025 20:26			
30	MEDIXSA SA DE CV	02/06/2025 20:39	02/06/2025 20:40			





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones
04/06/2025 12:00

Fecha y hora limite para envio de aclaraciones a través de Compras MX
02/06/2025 12:00

Empresas que han manifestado interes en participar

BUSCAR

Exportar listado

Table with 7 columns: Núm., Licitante, Fecha y hora de registro en el procedimiento, Fecha de expresión de interés, Manifiesto, Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones, Acuse(s) de Repreguntas. Contains 10 rows of bidder information.

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones
04/06/2025 12:00

Fecha y hora limite para envio de aclaraciones a través de Compras MX
03/06/2025 12:00

Empresas que han manifestado interes en participar

BUSCAR

Exportar listado

Table with 7 columns: Núm., Licitante, Fecha y hora de registro en el procedimiento, Fecha de expresión de interés, Manifiesto, Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones, Acuse(s) de Repreguntas. Contains 2 rows of bidder information.

Regresar

Solicitudes de aclaración






ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025**

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

No.	Nombre, razón o denominación Social	Manifiesto de interés en participar	Solicitud de Aclaración	Número de Solicitudes
1	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	SI	SI	2
2	ADACA MEDICAL SA DE CV	NO	NO	0
3	ADALU INGENIERIA SA DE CV	NO	NO	0
4	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	SI	SI	4
5	ARTIMEDICA SA DE CV	SI	SI	1
6	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICAS DE RL DE CV	SI	SI	14
7	BIOMEDICA TINAJEERO S DE RL DE CV	SI	NO	0
8	CAF HEALTHCARE SYSTEMS SA DE CV	SI	NO	0
9	CM MATERIALES SA DE CV	NO	NO	0
10	CONDUIT LIFE SA DE CV	SI	SI	25
11	COSAMED SA DE CV	SI	SI	4
12	DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIA MEDICA S DE RL DE CV	SI	NO	0
13	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	SI	NO	0
14	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV	NO	NO	0
15	DRPRO MED SA DE CV	SI	NO	0
16	ENCORE HEALTH S A P I DE CV	NO	NO	0
17	FARMACEUTICA DAAM SA DE CV	SI	NO	0
18	CESTUM CONSULTORES SA DE CV	NO	NO	0
19	GLOBAL MEDICAL PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	NO	NO	0
20	GO PHARMA SA DE CV	SI	NO	0
21	GRUPO FAYX SA DE CV	SI	NO	0
22	HUMAN CARE HS SA DE CV	NO	NO	0
23	INDUSTRIAS COBRAMEX SA DE CV	NO	NO	0
24	INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS VALMA SA DE CV	SI	SI	7
25	INGENIERIA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SA DE CV	SI	SI	6
26	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX DE SA DE CV	SI	SI	17
27	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	SI	SI	17
28	KOOLFER SA DE CV	SI	NO	0
29	LUMAFESA S DE RL DE CV	SI	SI	8
30	MEDIXSA SA DE CV	SI	SI	10
31	MERSY CORP SA DE CV	NO	NO	0
32	MINARIC SA DE CV	SI	NO	0
33	NEW PHARMA SA DE CV	SI	NO	0
34	POLAR HOSPITALARIA SA DE CV	NO	NO	0
35	QUANTUM MEDICAL GROUP SA DE CV	NO	NO	0
36	SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	NO	NO	0
37	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	SI	NO	0
38	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	SI	NO	10
39	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	NO	NO	0
40	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	NO	NO	0
	VITER MEDICAL SA DE CV	SI	NO	0





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

No.	Nombre, razón o denominación Social	Manifiesto de interés en participar	Solicitud de Aclaración	Número de Solicitudes
42	ZENTILIA LAB S A P I DE CV	SI	SI	3

1. SUSPENSIÓN.

Siendo las 12:00 horas del 09 de Junio de 2025, después de haber concluido las suspensiones de la Junta de Aclaraciones determinada por la Convocante a petición del Área Técnica/Requirente, se reanuda la suspensión determinada, para continuar con el acto de Junta de Aclaraciones citada al rubro.

2. ACLARACIONES/PRECISIONES A LA CONVOCATORIA.

El Área técnica requirente y la Convocante, manifiestan que desean efectuar alguna precisión y/o aclaración a la convocatoria, por lo que, que dado el volumen de la información se adjunta a la letra, como Anexo Número I a la presente acta.

3. CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los licitantes, así como las respuestas otorgada por la Convocante, las cuales se contienen en el Anexo número II de la presente acta, de la misma manera se publica en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominado Compras MX, que contiene la respuesta otorgadas por la convocante.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley y 46 fracción II del Reglamento, a través de la presente se envían por Compras MX las respuestas emitidas a las solicitudes de aclaración; así mismo, se informa a los licitantes que se otorga un plazo de seis (6) horas contados a partir de la publicación de la presente acta, para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas (preguntas) que consideren necesarias en relación con las precisiones y respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo a que se refiere dicho precepto. Una vez que sean recibidas las preguntas a las precisiones y respuestas dadas a los cuestionamientos. Se dará a conocer las repuestas a las preguntas (preguntas), recibidas a las 10:00 horas del 10 de junio de 2025.

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento, así como sus respectivos anexos y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 50 de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta acta en las oficinas Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicada en calle Suecia esquina





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

con España s/n, Colonia Los Paraísos, del Municipio de León, Guanajuato, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Así mismo, se difundirá un ejemplar de la presente acta de Junta de Aclaraciones en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominado Compras MX, https://comprasmx.buengobierno.gob.mx, para efectos de la notificación y en términos de los artículos 5 fracción XI, 50 de la Ley y 49 de su Reglamento, dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las 14:00 horas del día 9 de junio de 2025, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta, quienes reciben copia de la misma.

Esta acta consta de Anexo I y Anexo II, con un total de 23 hojas útiles por ambos lados.


POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Table with 3 columns: Nombre, Área, Firma. Rows include Lic. Nohemi Patricia Rangel Diaz, Maestra Agustina Olalde Lastiri, C.P. Jorge Luis Pantoja Padilla, Ing. Monica Leticia Pacheco Rios, Ing. Naomi Omayra Acevedo Mancera, and Lic. Cesar Adan Cordoba Escobedo.

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Table with 3 columns: Nombre, Área, Firma. Row includes Lic. Daniel Ruiz Reynaud, Representante del Área de Auditoria, Quejas y Responsabilidades, with office address: Oficio de Invitación 119001-1501001/ADQ/0357/2025.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ANEXO I. Aclaraciones/Precisiones Técnicas, Legales-Administrativas.

Precisiones Técnico-Médicas.

No. consecutivo	Numeral de la Convocatoria	Dice	Debe decir
1	Anexo Número 1 (UNO) REQUERIMIENTO	El Anexo Número 1 (UNO) Requerimiento,	El Anexo Número 1 (UNO) Requerimiento, Se publica en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, el requerimiento Anexo número 1
2	Anexo 1.1 Requisitos Eq Med Comple Sala Hemo	El Anexo 1.1 Requisitos Eq Med Comple Sala Hemo, dice:	Se actualiza el Anexo 1.1 Requisitos Eq Med Comple Sala Hemo a:
3	Anexo Tec T83 b) Plazo y lugar de entrega del bien	Dice: El plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto será máximo de 90 días naturales, contados a partir del día hábil siguiente al Acto de Fallo.	Se publica en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, el requerimiento Anexo número 1.1 Debe decir: El plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto será máximo de 60 días naturales, contados a partir del día hábil siguiente al Acto de Fallo.
4	CONVOCATORIA PUNTO 3.3 CONDICIONES DE ENTREGA, NUMERAL 1.	Dice: 1. El proveedor adjudicado deberá enviar a los correos de monica.pacheco@imss.gob.mx, naomi.acevedo@imss.gob.mx la Guía Mecánica correspondiente máximo 3 días hábiles siguientes a la notificación del fallo.	SIN AMPLIACIÓN DE TIEMPO DE ENTREGA. ACLARACION En caso de que así lo requiera, el proveedor adjudicado deberá enviar al correo de naomi.acevedo@imss.gob.mx la Guía Mecánica correspondiente máximo 3 días hábiles siguientes a la notificación del fallo. En caso de no ser requerida la Guía Mecánica para el equipo ofertado, podrá hacer caso omiso de este numeral o presentar carta en formato libre con la leyenda "NO APLICA".
5	4. Licencias, Permisos, registro, Certificados o autorizaciones.	Dice: Carta compromiso del fabricante solicitada, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT.	ACLARACIÓN SE ELIMINA REQUISITO
6	6. Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes	Dice: Se verificará que el licitante haya incluido en su propuesta técnica, compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto, así como la documentación que sustente el DICOM CONFORMANCE STATEMENT, expedido por el fabricante del bien ofertado.	Debe decir: SE ELIMINA REQUISITO
7	Cédulas de descripción	1.1.4 Comunicación entre monitores (monitor-monitor) de la misma marca.	Debe decir: 1.1.4 Comunicación entre monitores (monitor-monitor) de la misma marca.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

8	PARTIDA 2 Cédulas de descripción	1.1.4.1 Visualización de parámetros y alarmas entre monitores de cabecera.	(requisito opcional de acuerdo a la tecnología de cada licitante) 1.1.4.1 Visualización de parámetros y alarmas entre monitores de cabecera.
9	PARTIDA 2 Cédulas de descripción	2.6 Sistema para fijación de cada monitor montaje de pared o soporte rodable con sistema de frenos (en relación con la necesidad hospitalaria. (Incluir marca, modelo y/o número de parte).	(requisito opcional de acuerdo a la tecnología de cada licitante). ACLARACIÓN SE REQUIERE SOPORTE RODABLE CON SISTEMA DE FRENS.
10	4.-Licencias, Permisos, registro, Certificados o autorizaciones que debe cumplir los bienes a adquirir.	3.-Copia simple de alguno de los siguientes: del Certificado de calidad de los Sistemas de Gestión de Calidad ISO-9001-2015 o Certificado de Productos Sanitarios Gestión de la Calidad o Norma Industrial de Japón (JIS) o Programa de Auditoría Única de Dispositivos Médicos (MDSAP) o FDA o carta de libre venta del país de origen vigentes (Anexo Técnico 5), a nombre del fabricante de los bienes, en el que se deberá identificar.	3.-Copia simple de alguno de los siguientes: del Certificado de calidad de los Sistemas de Gestión de Calidad ISO-9001-2015 o Certificado de Productos Sanitarios Gestión de la Calidad o Norma Industrial de Japón (JIS) o Programa de Auditoría Única de Dispositivos Médicos (MDSAP) o FDA o carta de libre venta del país de origen vigentes (Anexo Técnico 5), a nombre del fabricante de los bienes, en el que se deberá identificar.
11	4.-Licencias, Permisos, registro, Certificados o autorizaciones que debe cumplir los bienes a adquirir.	No aplica.	SE AGREGA COMO OPCION Certificado CE [CONFORMITE EUROPEENNE] VIGENTE. Se agrega: 6. El proveedor adjudicado deberá presentar el pedimento aduanal acompañado de la factura, certificado de origen y parking list de las piezas que no son de fabricación nacional y forman parte integral del equipo asignado.

Precisiones Legales-Administrativas

No. consecutivo	Numeral	DICE	ACLARACION (DEBE DECIR)
12	13.2.1. Inscripción en el Registro electrónico de personas físicas y morales	Las personas físicas y morales interesadas en participar en los procedimientos de contratación y acuerdos marco, deberán estar inscritas en el registro electrónico de personas físicas y morales, y mantener actualizada la información que le sea requerida, conforme a los lineamientos que establezca la Secretaría, de conformidad con el Artículo 40 y 86 de la LAASSP.	Se aclara que para la dar cumplimiento al presente numeral el Licitante deberá presentar la constancia del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) en el supuesto de no contar con dicho registro deberá remitir constancia de la solicitud de inscripción al RUPC.
13	Anexo XVII	RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICOS, LEGALES ADMINISTRATIVOS	Se publica en la plataforma Compras MX Anexo XVII

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ANEXO II. Respuestas a solicitudes de Aclaración.


ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
793263	COSAMED SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 1.7 PARTIDA 7	CON REFERENCIA AL NUMERAL 1.7 "DIMENSIONES DE LA CAMILLA (CON BARRANDALES ARRIBA): LONGITUD TOTAL EN EL RANGO DE 210 A 220 CM., ANCHO TOTAL EN EL RANGO DE 80 A 96 CM.", NUESTRA CAMA CAMILLA RADIOTRANSARENTE CUENTA CON UNA LONGITUD TOTAL DE 211 CM Y UN ANCHO TOTAL DE 77 CM. ESTA CONFIGURACIÓN PROPORCIONA ESTABILIDAD, FACILIDAD DE ACCESO Y OPERATIVIDAD EN ENTORNOS CLÍNICOS EXIGENTES COMO UNA SALA DE HEMODINAMIA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR ESTA ESPECIFICACIÓN, YA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y PERMITE LA PARTICIPACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS VIABLES DISPONIBLES EN EL MERCADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
793264	COSAMED SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	12.5. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.	CON REFERENCIA A LA INDICACIÓN DE QUE LOS DOCUMENTOS DE LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI SE ACEPTA LA INCLUSIÓN DE LA FIRMA DIGITALIZADA (IMAGEN ESCANEADA DE LA FIRMA AUTÓGRAFA) EN LOS DOCUMENTOS, CONSIDERANDO QUE LA PROPOSTA SERÁ ENVIADA DE FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRAS MX Y QUE EL REPRESENTANTE LEGAL CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO DE LICENCIAS, PERMISOS, REGISTRO, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR. NUMERAL 5. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN FORMATO LIBRE, DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
793294	COSAMED SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	13.2.1 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE	CON RELACIÓN AL PUNTO 13.2.1 DEL ANEXO CORRESPONDIENTE, ¿PODRÍAN CONFIRMAR SI CONTAR CON EL REGISTRO ÚNICO DE	SI ES CORRECTO, CON EL REGISTRO RUPC SE CUMPLE CON ESTE REQUISITO.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2


ID de la pregunta	Licitante	tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
793295	COSAMED SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (RUPC) VIGENTE Y SU RESPECTIVA CONSTANCIA ES SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES SEÑALADO EN DICHO PUNTO? EN CASO DE QUE EL RUPC NO SEA EL DOCUMENTO O MEDIO VÁLIDO PARA ACREDITAR DICHO REQUISITO, ¿SERÍAN TAN AMABLES DE INDICARNOS CON PRECISIÓN A QUÉ REGISTRO SE REFIERE EL PUNTO 13.2.1, CUÁL ES SU DENOMINACIÓN OFICIAL, Y ANTE QUÉ INSTANCIA O PLATAFORMA DEBE REALIZARSE LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE?	LA RESPUESTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA.
793859	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	COMPRAS MX	CONSIDERANDO LOS PARAMETROS PARA SUBIR INFORMACION EN COMPRAS MX, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN QUE PARAMETRO SE SUBIRAN TODOS LOS DEMAS ANEXOS QUE FALTARIAN Y QUE NO TIENEN UN PARAMETRO ASIGNADO.	SE ACLARA QUE EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX SE HABILITA PARAMETRO PARA QUE EL LICITANTE PRESENTE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE SU PROPUESTA.
793860	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO XVII	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA MODIFICAR ESTE ANEXO PARA QUE LOS NUMERALES COINCIDAN CON LAS BASES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
793861	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 13.9 ANEXO XXIV	MENCIONAN EL ANEXO REFERENTE AL CONTENIDO NACIONAL, PERO NO ENCUENTRA EN LAS BASES, ENTENDEMOS QUE PODRA SER UN ESCRITO LIBRE. ¿FAVOR DE ACLARAR?	SE ACLARA QUE EL NUMERAL 13.9 SE REFIERE A UN MANIFIESTO BAJO PORTESTA DE DECIR VERAD, Y TAL MANIFIESTO SE ENCUENTRA RELACIONADO CON EL ANEXO VIII, EN EL SUPUESTO DE QUE LE APLIQUE A SU REPRESENTADA EN CUANTO LOS BIENES QUE OFERTE, SIN EMBARGO ESTE ANEXO PUEDE SER ADECUADO PARA BIENES QUE NO SEAN DE ORIGEN NACIONAL.
793862	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 1.1.1	DICE: MONITOR MODULAR NO PRECONFIGURADO, CON PANTALLA DE 10 PULGADAS COMO MÍNIMO, A COLOR LCD O TFT O LED O PLASMA (INDICAR MARCA, MODELO Y NÚMERO DE PARTE SI SE DERIVA DE UNA SERIE O FAMILIA, DEL MONITOR Y MÓDULO). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MONITOR	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
793863	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 1.1.1.1	PRECONFIGURADO CON LOS PARÁMETROS QUE SOLICITA PUES ESA CARACTERÍSTICA NO DEMERITA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA? DICE: MÓDULO EXTRAÍBLE POR EL USUARIO Y SE COLOQUE EN OTRO MONITOR DE LA MISMA MARCA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL Y NOS PERMITA OFERTAR MONITOR PRECONFIGURADO, QUE ES CARACTERÍSTICA DE UN MONITOR BÁSICO COMO EL QUE SOLICITAN Y CUMPLE CON LOS PARÁMETROS SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
793864	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 1.1.4	DICE: COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES (MONITOR – MONITOR) DE LA MISMA MARCA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL YA QUE LA COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES NO ES Estrictamente necesaria y no demerita el funcionamiento correcto del equipo. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES NO. CONSECUTIVO 7.
793865	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 1.1.9.2	DICE: FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTANEO DE HASTA 12 DERIVACIONES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE POR TRATARSE DE UN MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO, NOS PERMITA OFERTAR DESPLIEGUE MULTIDERIVACIONAL DE HASTA 7 DERIVACIONES EN FORMA SIMULTÁNEA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
793866	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 2.4.1	DICE: CABLE TRONCAL UNA (1) PIEZA EN TOTAL (INCLUIR MARCA, MODELO Y NÚMERO DE PARTE) PARA CABLE DE ECG. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CABLE PARA ECG CON LATIGUILLOS INTEGRADOS YA QUE NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
793867	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 2.6	DICE: SISTEMA PARA FIJACIÓN DE CADA MONITOR: MONTAJE DE PARED O SOPORTE RODABLE CON SISTEMA DE FRENO (EN RELACIÓN CON LA NECESIDAD DE LA UNIDAD HOSPITALARIA). (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. NO. CONSECUTIVO 9.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
793868	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 2.7	NUMERO DE PARTE). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI REQUIERE BASE RODABLE O MONTAJE A PARED. FAVOR DE ACLARAR DICE: INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA COMUNICACIÓN POR VIA INALAMBICA ENTRE MONITOR-MONITOR (FAVOR DE ESPECIFICAR ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA, CON SU MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE PARTE). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL PUES NO ES UNA CARACTERÍSTICA QUE INTERVENGA DIRECTAMENTE EN EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL MONITOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
797105	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 4 LICENCIAS, PERMISOS, REGISTRO... SUBNUMERAL 1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO REFERENCIADO POR FAMILIA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA
797106	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 4 LICENCIAS, PERMISOS, REGISTRO... SUBNUMERAL 1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE LOS INSUMOS QUE OFERTAMOS NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, NOS PERMITA PRESENTAR EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA YA QUE SU PLANTEAMIENTO ESTA PERMITIDO DE ACUERDO A LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.
797107	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 6 INCISO A	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS CATALOGOS Y MANUALES REFERENCIADOS POR FAMILIA EN DONDE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REFERENCIADOS LOS INSUMOS OFERTADOS, YA QUE LOS ARCHIVOS SON MUY GRANDES Y PESADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2


ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797108	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 12.6	SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE UN NUMERAL NO NOS APLIQUE, SE SOLICITA NOS PERMITA PRESENTAR UN MANIFIESTO CON LA LEYENDA "NO APLICA", ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA
797113	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 7, PUNTO 1.4.1	SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE DE 64 CM 97 CM (MEDIDO DE LA SUPERFICIE DE LA CAMILLA AL PISO, SIN COLCHÓN). ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR UNA ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE DE 64 CM 97 CM. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
797114	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO II	DICE: LO ANTERIOR, SE REALIZA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 35, FRACCIÓN II DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DE MANERA SUPLETORIA AL ARTICULO 11 DE LA LEY DE SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. EL ARTICULO 11 DE LA NUEVA LAASSP YA NO HACE RELACIÓN A LO MENCIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER MODIFICAR EL TEXTO HACIENDO REFERENCIA AL ARTICULO 13 DE LA LAASSP, QUE SERIA EL ADECUADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
797115	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO IV	EL ANEXO SEÑALA LOS ARTICULOS 50 Y 60 DE LA ANTERIOR LAASSP. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER MODIFICAR EL TEXTO DEL ANEXO PARA HACER REFERENCIA A LOS ARTICULOS 71 Y 90 CORRESPONDIENTES A LA NUEVA LAASSP. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
797116	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO V	DICE: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL ARTICULO 29 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, FRACCIÓN VI, EL ARTICULO 29 DE LA NUEVA LAASSP YA NO HACE RELACIÓN A LO MENCIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER MODIFICAR EL TEXTO HACIENDO REFERENCIA AL ARTICULO 40 FRACCIÓN X Y FRACCIÓN VI DE LA LAASSP QUE	SE ACEPTA SU SOLICITUD.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797117	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 13.9. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD	SERÍA EL ADECUADO. ¿SE ACEPTA? LAS BASES MENCIONAN QUE DICHA MANIFESTACIÓN SE TIENE QUE PRESENTAR CONFORME AL ANEXO XXIV DE LA CONVOCATORIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL FORMATO CORRECTO QUE DEBEMOS INTEGRAR A LA PROPUESTA ES EL ANEXO VIII. ¿ES CORRECTO? PRIMER PÁRRAFO DICE: "... Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 3.1.1 "DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA", INCISO K), DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA..." LA REFERENCIA DEL NUMERAL Y EL CARÁCTER DE LA LICITACIÓN SON DATOS ERRÓNEOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA MODIFICAR EL ANEXO PARA DECIR: "... Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 13.9 "PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA", DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS..." ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE REQUISITO, DEBERA PRESENTAR EL ANEXO VIII
797118	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO VIII	SEGUNDO PÁRRAFO DICE: "... Y EN LOS TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN NUMERAL 4.1.3, DOCUMENTACIÓN LEGAL, DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA..." LA REFERENCIA DEL NUMERAL Y EL CARÁCTER DE LA LICITACIÓN SON DATOS ERRÓNEOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA MODIFICAR EL ANEXO PARA DECIR: "... Y EN LOS TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN NUMERAL 13.9, PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA, DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS..." ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
797119	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO VIII	PRIMER VÍNETA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR EL TEXTO "PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN NACIONAL",	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
797120	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO VIII		SE ACEPTA SU SOLICITUD.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				PARA DECIR: " CONFORME AL ARTICULO 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, QUE MI REPRESENTADA ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y ACREDITO DICHA NACIONALIDAD MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE ____ (6) " ¿SE ACEPTA?	
797121	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO VIII	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR LA SEGUNDA VIÑETA DEL PRESENTE ANEXO, DEBIDO A QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO ES DE CARÁCTER NACIONAL, LOS BIENES OFERTADOS NO TENDRIAN QUE SER DE ORIGEN NACIONAL DE FORMA OBLIGATORIA. ¿SE ACEPTA? LOS NUMERALES ESTÁN MAL REFERENCIADOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER MODIFICAR EL ANEXO CON LOS DATOS CORRECTOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
797122	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO XVII. RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN	ESTE ANEXO HACE PARTE DE LAS BASES, SIN EMBARGO NO ES SOLICITADO EN NINGUNO DE SUS NUMERALES (TAMPOCO ESTÁ RELACIONADO EN EL ANEXO XVII DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI DEBE PRESENTARSE COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA, DEBIDO A QUE EN EL PORTAL DE COMPRAS SE SOLICITA QUE SE PRESENTEN LAS OPINIONES DE MANERA OBLIGATORIA. FAVOR DE ACLARAR	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES LEGALES ADMINISTRATIVAS A LA CONVOCATORIA.
797363	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO XII. OPINIONES DE CUMPLIMIENTO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA MODIFICAR EN TODOS LOS ANEXOS EL CARÁCTER DE LA LICITACION. DE NACIONAL A INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES LEGALES ADMINISTRATIVAS A LA CONVOCATORIA.
797364	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	TODOS LOS ANEXOS		SE ACEPTA SU SOLICITUD.
797365	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	3. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.	3. PLAZO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EL PLAZO DE ENTREGA, DEBIDO A QUE EN LAS BASES NOS INDICA QUE SERÁ MÁXIMO EN 60 DÍAS NATURALES Y EN EL ANEXO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES SEÑALA QUE SERÁ MÁXIMO EN 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HABIL SIGUIENTE	NO ES CORRECTO, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES NO. CONSECUTIVO 3




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797366	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES. INCISO D)	AL ACTO DE FALLO. EN ESTE INCISO SE VUELVE A MENCIONAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 4 (PÁGINA 24) DE LAS BASES, REFERENTE A LAS LICENCIAS, PERMISOS, REGISTRO, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO SÓLO SE DEBERÁ INTEGRAR A LA PROPUESTA UNA VEZ LA DOCUMENTACIÓN, DANDO CUMPLIMIENTO A AMBAS SOLICITUDES. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO. SÓLO SE DEBERÁ INTEGRAR A LA PROPUESTA UNA VEZ LA DOCUMENTACIÓN. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797367	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES. INCISO F)	EN ESTE INCISO SE VUELVE A MENCIONAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 6 INCISO A) (PÁGINA 27) DE LAS BASES, REFERENTE A LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. (ANEXO TÉCNICO 2). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO SÓLO SE DEBERÁ INTEGRAR A LA PROPUESTA UNA VEZ LA DOCUMENTACIÓN, DANDO CUMPLIMIENTO A AMBAS SOLICITUDES. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO. SÓLO SE DEBERÁ INTEGRAR A LA PROPUESTA UNA VEZ LA DOCUMENTACIÓN. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797368	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES. INCISO K)	EN ESTE INCISO SE VUELVE A MENCIONAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 7 (PÁGINAS 32-37) DE LAS BASES, REFERENTE A LAS GARANTÍAS DE ANTICIPOS, CUMPLIMIENTOS, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE BIENES, CALIDAD DE SERVICIOS Y DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, QUE EN SU CASO APLIQUEN, LAS CUALES DEBEN INDICAR, SEGÚN SEA EL CASO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO SÓLO SE DEBERÁ INTEGRAR A LA PROPUESTA UNA VEZ LA DOCUMENTACIÓN, DANDO CUMPLIMIENTO A AMBAS SOLICITUDES. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO. SÓLO SE DEBERÁ INTEGRAR A LA PROPUESTA UNA VEZ LA DOCUMENTACIÓN. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797369	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	CARTA DE GARANTÍA DE	SEGUNDO PÁRRAFO DEL NUMERAL 7 Y	SE ACEPTA, DEBE ENTREGAR UN SOLO MANIFIESTO.




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	ION MEDICA SA DE CV		LOS BIENES	SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL 7.1 DICE: POR LO ANTERIOR, EL PROVEEDOR DEBERA INTEGRAR A SU OFERTA, COPIA SIMPLE DE LA CARTA DE GARANTIA DE LOS BIENES Y SUS ACCESORIOS, Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, EN FORMATO LIBRE, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA RESPECTIVA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O PROVEEDOR, EN LA QUE SE INDIQUE CLARA Y EXPRESAMENTE EL PLAZO DE GARANTÍA DE LOS BIENES OFERTADOS Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO, QUE LA GARANTIA RESPONDE A UNA COBERTURA AMPLIA CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER FALLA QUE PRESENTEN, LOS BIENES Y SUS ACCESORIOS POR EL PERIODO ESTABLECIDO. DADO QUE EL TEXTO ES IDÉNTICO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR UN SOLO MANIFIESTO HACIENDO REFERENCIA A AMBOS NUMERALES ¿SE ACEPTA?	SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
797400	INGENIERIA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 7, FICHA TECNICA, PUNTO 1.7	DICE: "1.7 DIMENSIONES DE LA CAMILLA (CON BARANDALES ARRIBA): LONGITUD TOTAL EN EL RANGO DE 210 A 220 CM; ANCHO TOTAL EN EL RANGO DE 80 A 96 CM." SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CAMILLA CON DIMENSIONES DE 211 CM DE LARGO POR 76 CM DE ANCHO, CUMPLIENDO CON EL RANGO DE LONGITUD DE LARGO SOLICITADO Y OFRECIENDO LA POSIBILIDAD QUE EL ANCHO OFERTADO NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO, LO QUE PERMITE MAS MOVILIDAD POR ZONAS MAS ESTRECHAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
797401	INGENIERIA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TERMINOS Y CONDICIONES, PAG.2 EVALUACION TÉCNICO-MEDICA, NUMERAL 2	DICE: "DEBERÁ INDICAR TANTO EN EL ANEXO 4.1 "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PROPORCIONE EL FORMATO DEL ANEXO 4.1, A FIN DE CUMPLIR CORRECTAMENTE CON LO	EN CADA CÉDULA DE DESCRIPCION SE ENCUENTRA LA COLUMNA PARA QUE CADA LICITANTE EXPONGA SUS PROPUESTA TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2


ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797402	INGENIERIA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA PUNTO 3.3 CONDICIONES DE ENTREGA, NUMERAL 1.	SOLICITADO EN LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. DICE: 1. "EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ ENVIAR A LOS CORREOS DE MONICA.PACHECO@IMSS.GOB.MX, NAOMI.ACEVEDO@IMSS.GOB.MX LA GUÍA MECÁNICA CORRESPONDIENTE MÁXIMO 3 DÍAS HABLES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE QUE, NOS PRECISE LAS PARTIDAS QUE REQUERIRÁN GUÍA MECÁNICA, EN CASO DE ADJUDICACIÓN, YA QUE DE ACUERDO AL RECUADRO 1.1 REQUISITOS DE EQUIPO MEDICO, NO SE ESTABLECE QUE LAS PARTIDAS REQUIERAN GUÍA MECÁNICA DICE: "4.PERMISOS, REGISTRO, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES: CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN EL QUE SE INDIQUE DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA QUE LA IMPORTACIÓN DE LOS BIENES SE REALIZARÁ AL AMPARO DE LA LEGISLACIÓN ADUANERA (ANEXO TÉCNICO 6)", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE NOS PROPORCIONE EL ANEXO TÉCNICO 6	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. NO. CONSECUTIVO 4
797403	INGENIERIA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA, NUMERAL 21.	DICE: "5. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN FORMATO LIBRE, DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE Y DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE (ANEXO TÉCNICO 7)", YA QUE LA FINALIDAD DE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE ES GARANTIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE Y DEBIDO A QUE, YA CONTAMOS CON LOS BIENES EN NUESTRO INVENTARIO CON CAPACIDAD DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA	SE ACLARA QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE REQUISITO, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO LIBRE, QUE CONTENGA LA INFORMACION TECNICA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE.
797404	INGENIERIA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA NUMERAL 4. LICENCIAS..., PUNTO 5	DICE: "5. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN FORMATO LIBRE, DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE Y DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE (ANEXO TÉCNICO 7)", YA QUE LA FINALIDAD DE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE ES GARANTIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE Y DEBIDO A QUE, YA CONTAMOS CON LOS BIENES EN NUESTRO INVENTARIO CON CAPACIDAD DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2


ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797405	INGENIERIA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA NUMERAL 6. NORMA OFICIAL MEXICANA..., INCISO A.	CONVOCANTE QUE, ÚNICAMENTE PARA LA PARTIDA 7, SE NOS EXIMA DE PRESENTAR LA CARTA REFERIDA Y EN SU LUGAR PRESENTAR UN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE SE ESTABLEZCA QUE LOS BIENES QUE SE OFERTAN CUMPLEN EN TOTALIDAD CON LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DICE: "SE VERIFICARÁ QUE EL LICITANTE HAYA INCLUIDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA, CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE, SOLICITADA, DONDE ESPECIFIQUE LA HABILITACIÓN SIN RESTRICCIONES DE USO DE LAS FUNCIONES (CLASES DE SERVICIO) DICOM 3.0. SE CONSIDERARÁ INTERFAZ VÁLIDA SIEMPRE Y CUANDO EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT COMPROBE QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS SOPORTAN LOS SERVICIOS REQUERIDOS. ADEMÁS DE GARANTIZAR SU CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DIGITAL INSTALADO EN LA UNIDAD MÉDICA SIN COSTO PARA EL INSTITUTO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN OFERTADO". ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, SE PODRÁ PRESENTAR MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE SE INDIQUE QUE PARA LA PARTIDA 7 CAMA CAMILLA RADIOTRANSPARENTE, NO APLICA LA CARTA SOLICITADA, TODA VEZ QUE, EL SISTEMA DICOM SE EMPLEA PARA APARATOS DE IMAGENOLOGIA Y LOS BIENES QUE OFERTAMOS NO PERTENECEN A ESE GRUPO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APECIACION? ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN REFERENCIA AL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. NO. CONSECUTIVO 5 Y 6
797598	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO XII OPINIONES DE CUMPLIMIENTO		SE ACEPTA SU SOLICITUD.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797599	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO XII OPINIONES DE CUMPLIMIENTO	2023, PUBLICADO EN EL DOF EL 04 DE MAYO DE 2023 PODREMOS PRESENTAR LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA DENTRO DE LOS 2 DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUUESTAS? ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? TENIENDO EN CUENTA QUE EL SISTEMA INFONAVIT YA NO GENERA CONSTANCIAS DE FORMA DIARIA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE INFONAVIT CON UNA FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
797600	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA, NUMERAL 4 Y 6	CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 4 Y 6 DEL APARTADO CORRESPONDIENTE A "LICENCIAS, PERMISOS, REGISTRO, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR" Y "NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL, NORMA DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES", RESPECTIVAMENTE, SE INDICA QUE: "SE VERIFICARÁ QUE EL LICITANTE HAYA INCLUIDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA, CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE, SOLICITADA, DONDE ESPECIFIQUE LA HABILITACIÓN SIN RESTRICCIONES DE USO DE LAS FUNCIONES (CLASES DE SERVICIO) DICOM 3.0. SE CONSIDERARÁ INTERFAZ VÁLIDA SIEMPRE Y CUANDO EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT COMPROBE QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS SOPORTAN LOS SERVICIOS REQUERIDOS, ADEMÁS DE GARANTIZAR SU CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DIGITAL INSTALADO EN LA UNIDAD MÉDICA SIN COSTO PARA EL INSTITUTO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE EL	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES A LA CONVOCATORIA NO. CONSECUTIVO 5 Y 6



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797601	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA	<p>DICOM CONFORMANCE STATEMENT, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN OFERTADO."</p> <p>Y POSTERIORMENTE:</p> <p>"SE VERIFICARÁ QUE EL LICITANTE HAYA INCLUIDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA, COMPRUEBE QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS SOPORTAN LOS SERVICIOS REQUERIDOS. ADEMÁS DE GARANTIZAR SU CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DIGITAL INSTALADO EN LA UNIDAD MÉDICA SIN COSTO PARA EL INSTITUTO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN OFERTADO."</p> <p>DERIVADO DE QUE EL TEXTO ANTERIOR HACE REFERENCIA A REQUERIMIENTOS APLICABLES A EQUIPOS DE IMAGENOLÓGIA MÉDICA (P. EJ., RAYOS X, ULTRASONIDO, TOMOGRAFÍA, ETC.), Y QUE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO SE ESTÁN SOLICITANDO BIENES DE ESTA NATURALEZA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN DE QUE DICHO REQUISITO NO APLICA PARA LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN Y QUE, EN CONSECUENCIA, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL HECHO DE NO PRESENTAR EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT NI LA CARTA COMPROMISO REFERIDA?</p>	ES CORRECTA SUAPRECIACION.




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797602	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA; TERMINOS Y CONDICIONES	<p>APARTADOS, SERÁ SUFICIENTE LA PRESENTACIÓN DE UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, EN EL QUE SE MANIFIESTE EL COMPROMISO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DICHO RANGO DE APARTADOS, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> <p>EN RELACIÓN CON LO ESTABLECIDO EN EL "ANEXO XVII: RELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA", ASÍ COMO EN EL APARTADO DE "TÉRMINOS Y CONDICIONES", SE HACE MENCIÓN EXPRESA Y SE ENLISTAN DIVERSOS ANEXOS Y FORMATOS QUE DEBEN SER INTEGRADOS COMO PARTE DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE/OFERTANTE. NO OBSTANTE, TRAS UNA REVISIÓN DETALLADA DE LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX, OBSERVAMOS QUE DICHOS ANEXOS Y FORMATOS NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA SU DESCARGA, LO CUAL GENERA INCERTIDUMBRE RESPECTO A SU CONTENIDO Y LA FORMA EN QUE DEBEN SER DEBIDAMENTE INTEGRADOS EN NUESTRA PROPUESTA.</p> <p>EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, Y CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO PUNTUAL A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PROPORCIONE ACCESO A DICHOS ANEXOS Y FORMATOS, YA SEA MEDIANTE SU PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX O A TRAVÉS DE OTRO MEDIO OFICIAL DE COMUNICACIÓN.</p> <p>EN CASO DE QUE NO SE CONSIDEREN OBLIGATORIOS O HAYAN SIDO OMITIDOS INTENCIONALMENTE, SOLICITAMOS TAMBIÉN</p>	<p>SE ACLARA QUE EL ANEXO NUMERO XVII, ES INFORMATIVO Y SU PRESENTACION ES OPCIONAL, NO ES UN DOCUMENTO DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA EL LICITANTE. ASI MISMO SE ACLARA QUE EL ANEXO I,ii, iii, iv,v, vi, vii, viii, ix, x,xi, xii,xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxi, xxii y xxiii, ANEXO 12 Y ANEXO 16 FORMAN PARTE DEL CUERPO DE LA CONVOCATORIA, MISMA QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX, POR LO CUAL EN ARAS DE RESPONDER SU SOLICITUD, FAVOR DE PRECISAR, QUE ANEXO NO LOCALIZA.</p>


Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797643	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA; NUMERAL 6; INCISO A. FOLLETOS, CATALOGOS...	SE ACLARE EXPRESAMENTE DICHA SITUACIÓN, CON EL PROPOSITO DE EVITAR INTERPRETACIONES ERRÓNEAS QUE PUDIERAN DERIVAR EN DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS POR SUPUESTA OMISION DE DOCUMENTOS NO DISPONIBLES.FAVOR DE ACLARAR. DICE: "... EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL DEBERA PROPORCIONAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SIN QUE ALTERE, MODIFIQUE O DISTORSIONE EL CONTENIDO Y/O ALCANCE DEL DOCUMENTO TRADUCIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PAGINAS, SECCIONES Y/O PÁRRAFOS QUE SOPORTEN SUS PROPOSICIONES."	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PUEDE PRESENTAR TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL EN UNA CARTA CON LA RELACION DE LOS PUNTOS, PÁRRAFOS O SECCIONES EN IDIOMA DIFERENTE, EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797644	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA; NUMERAL 4.LICENCIAS, PERMISOS, REGISTRO...	PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE SERA SUFICIENTE EL PRESENTAR TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL EN UNA CARTA CON LA RELACION DE LOS PUNTOS, PARRAFOS O SECCIONES EN IDIOMA DIFERENTE, EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? DICE: "3. COPIA SIMPLE DE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES: DEL CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001-2015 O CERTIFICADO DE PRODUCTOS SANITARIOS GESTIÓN DE LA CALIDAD O NORMA INDUSTRIAL DE JAPÓN (JIS) O PROGRAMA DE AUDITORÍA ÚNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (MDSAP) O FDA O CARTA DE LIBRE VENTA DEL PAÍS DE ORIGEN VIGENTES (ANEXO TÉCNICO 5)..." PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA SOLVENTAR DICHO NUMERAL PODREMOS ENTREGAR EL CE (CONFORMITE EUROPEENNE) DEL FABRICANTE	SE ACEPTA, PODRA PRESENTA DOCUMENTO CE (CONFORMITE EUROPEENNE) VIGENTE. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. NO. CONSECUTIVO 10.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2


ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797645	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA NUMERAL 6 NORMA OFICIAL MEXICANA...	<p>YA QUE ESTE DOCUMENTO ES UNA DECLARACION OFICIAL QUE ASEGURA QUE SUS PRODUCTOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA Y AUTORIZA LA COMERCIALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS. FAVOR DE ACLARAR. DICE: "6. NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL, NORMA DE REFERENCIA O ESPECIFICACION TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES."</p> <p>PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO A TODAS LAS PARTIDAS, SE NECESITA ANEXAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL, NORMA DE REFERENCIA O ESPECIFICACION TÉCNICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.NO. CONSECUTIVO 3.
797646	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, PUNTO 1.1.5	<p>DICE: "1.1.5. CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS, GIRATORIAS, DE 12.5CM DE DIÁMETRO COMO MÍNIMO".</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE LAS RUEDAS CON CINTA DE POLIURETANO, COMO LAS QUE INCLUYE NUESTRO EQUIPO, HAN DEMOSTRADO UN COMPORTAMIENTO SEGURO Y ESTABLE EN ENTORNOS HOSPITALARIOS, SIN GENERAR ACUMULACIÓN DE CARGA ESTÁTICA. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
797647	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, TODOS LO PUNTOS	<p>TODOS LOS PUNTOS, DICE: NÚMEROS DE PARTE</p> <p>PREGUNTA: EN RELACIÓN CON LOS NÚMEROS DE PARTE SOLICITADOS EN LAS ESPECIFICACIONES, CONSIDERANDO QUE VARIOS DE NUESTROS MANUALES Y FOLLETOS NO LOS INCLUYEN POR SU NATURALEZA COMERCIAL O DE REFERENCIA GENERAL,</p>	NO SON DE CARACTER OPCIONAL. DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797648	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, TODOS LOS PUNTOS	¿PODRÍAN CONFIRMARNOS SI ESTOS SON DE CARÁCTER OPCIONAL PARA LA PRESENTE LICITACIÓN? TODOS LOS PUNTOS PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797649	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, TODOS LOS PUNTOS	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR USANDO LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE EN NUESTRA FICHA TÉCNICA, YA QUE GARANTIZA COMPATIBILIDAD EXACTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR USANDO LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE EN NUESTRA FICHA TÉCNICA. SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797650	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 1.1.4	DICE: "1.4 COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES (MONITOR-MONITOR) DE LA MISMA MARCA". PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "VISOR DE CAMA A CAMA" LO CUAL ES UN SINÓNIMO DE LO SOLICITADO Y CORRESPONDE AL LENGUAJE DE NUESTRO FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR COMO "VISOR DE CAMA A CAMA". SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797651	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 1.1.7.3	DICE: "PLETISMOGRAFIA". PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "PLETISMOGRAMA" LO CUAL ES UN SINÓNIMO DE LO SOLICITADO Y CORRESPONDE AL LENGUAJE DE NUESTRO FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO "PLETISMOGRAMA". SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797652	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTOS 2.4.1 Y 2.4.2	DICE: "2.4.1 CABLE TRONCAL UNA PIEZA EN TOTAL PARA CABLE DE ECG 2.4.2 CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE CINCO PUNTAS, CÓDIGO AMERICANO, PARA PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO UNA PIEZA". PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN CABLE DE ECG COMPLETO (DE UNA PIEZA) PARA ECG DE	SE ACEPTA YA QUE SU PLANTEAMIENTO ESTÁ PERMITIDO DE ACUERDO A LA CÉDULA QUE CITA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2


ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797653	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 1.1.1	ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE ELIMINANDO LA NECESIDAD DE OFERTAR UN CABLE TRONCAL, ¿SE ACEPTA? DICE: "1.1.1. MONITOR MODULAR NO PRECONFIGURADO, CON PANTALLA DE 10 PULGADA COMO MÍNIMO, A COLOR LCD O TFT O LED O PLASMA...." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN MONITOR DE SIGNOS VITALES QUE ES PRECONFIGURADO Y MODULAR, EL CUAL CUENTA CON CONFIGURACIÓN VALIDADA CLÍNICAMENTE DESDE EL FABRICANTE, ASÍ COMO MÓDULOS INSERTABLES PARA MONITORIZAR PARÁMETROS AVANZADOS. ¿SE ACEPTA? DICE: "1.1.1.1. MÓDULO EXTRAIBLE POR EL USUARIO Y SE COLOQUE EN OTRO MONITOR DE LA MISMA MARCA...." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PARA AQUELLOS EQUIPOS QUE SEAN PRECONFIGURADOS Y MODULARES, PERMITA REFERENCIAR/SEÑALAR DICHAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA? DICE: "1.1.1. MONITOR MODULAR NO PRECONFIGURADO CON PANTALLA DE 10 PULGADAS COMO MÍNIMO A COLOR LCD O TFT O LED O PLASMA...." 1.1.1.1. MÓDULO EXTRAIBLE POR EL USUARIO Y SE COLOQUE EN OTRO MONITOR DE LA MISMA MARCA...." PREGUNTA: DEBIDO A QUE EN ESCENARIOS CRÍTICOS, EN LOS CUALES SE REQUIERE UNA ATENCIÓN CLÍNICA INMEDIATA, LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES SON UNA	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
797654	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 1.1.1.1		NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
797655	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 PUNTOS 1.1.1 Y 1.1.1.1		NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la Pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797656	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 2.7	<p>HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN EL APOYO DE DIAGNOSTICO DE LOS PACIENTES. SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MONITORES QUE SON TANTO MODULARES COMO PRECONFIGURADOS LOS CUALES AYUDAN A REDUCIR LOS TIEMPOS DE CONFIGURACIÓN INICIAL Y PERMITEN UN FLUJO DE TRABAJO ESTANDARIZADO PARA LOS MÉDICOS Y ENFERMERAS. ¿SE ACEPTA?</p> <p>DICE: "2.7 INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA COMUNICACIÓN POR VÍA INALÁMBRICA ENTRE MONITOR-MONITOR....."</p> <p>PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO BASTARÁ CON PRESENTAR UNA CARTA/ESCRITO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE SE ESTIPULE QUE " EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS INCLUIREMOS TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA COMUNICACIÓN POR VÍA INALÁMBRICA ENTRE MONITOR-MONITOR". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN; DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
797657	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 2.3.1.1	<p>PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PODRÁ OFERTAR UN BRAZALETE TALLA ADULTO GRANDE, DISEÑADO PARA LA COLOCACIÓN EN EL FÉMUR DEL PACIENTE. ¿ES CORRECTO?</p>	ES CORRECTO, ODRÁ OFERTAR UN BRAZALETE TALLA ADULTO GRANDE, DISEÑADO PARA LA COLOCACIÓN EN EL FÉMUR DEL PACIENTE. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797658	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 2.3.1.1	<p>EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, ES CORRECTO ENTENDER QUE DE ACUERDO A LA MEDIDA ESTANDAR PARA PACIENTE ADULTO ES DE 25-35 CM, POR LO QUE PARA EL PUNTO 2.3.1.1 Y 2.3.1.2 SE DEBERA OFERTAR DOS</p>	NO ES NEGATIVA LA RESPUESTA AL PLANTEAMIENTO ANTERIOR,



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797659	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 3.2	<p>BRAZALETES EN TOTAL DE ESTA MEDIDA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> <p>DICE "3.2 CINCO (5) ROLLOS DE PAPEL PARA REGISTRADOR O IMPRESORA TÉRMICA INTERCONSTRUIDA O MÓDULO INSRTABLE (INCLUIR MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)"</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "IMPRESORA TÉRMICA EXTERNA" YA QUE ESTE TÉRMINO CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA, LENGUAJE Y TECNOLOGÍA DE NUESTRO FABRICANTE ESTO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, SE SOLICITA INTERCONSTRUIDA. DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS</p>
797660	CONDUIT LIFE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, PUNTO 3.2	<p>DICE "3.2 CINCO (5) ROLLOS DE PAPEL PARA REGISTRADOR O IMPRESORA TÉRMICA INTERCONSTRUIDA O MÓDULO INSRTABLE (INCLUIR MODELO Y/O NUMERO DE PARTE)"</p> <p>CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA IMPRESIÓN DE LOS REGISTROS DE LOS PACIENTES EN DIFERENTES MONITORES DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA IMPRESORA TÉRMICA EXTERNA DE LA MISMA DEL EQUIPO PRINCIPAL, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO LA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y SIN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, SE SOLICITA INTERCONSTRUIDA. DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS</p>
797661	CONDUIT LIFE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 13.2.1	<p>PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 13.2.1: 'INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ELECTRONICO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES', SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR NUESTRA ALTA ANTE HACIENDA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES LEGALES ADMINISTRATIVAS A LA CONVOCATORIA.</p>
797662	CONDUIT LIFE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	COMPRAS MX	<p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN EL APARTADO LEGAL - ADMINISTRATIVO DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX SE HABILITE UN APARTADO PARA ENVIAR EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS</p>	<p>SE ACLARA QUE EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX SE HABILITA PARAMETRO PARA QUE EL LICITANTE PRESENTE DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS DE SU PROPUESTA.</p>




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797663	CONDUIT LIFE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA	SOLICITADOS EN EL NUMERAL 12 Y SUB NUMERALES, FAVOR DE ACLARAR. PREGUNTA: EN ATENCIÓN A LOS ESCRITOS Y ANEXOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA, Y CONSIDERANDO QUE ALGUNOS DE ELLOS NO RESULTAN APLICABLES A MI REPRESENTADA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PERMITA PRESENTARLOS CON LA LEYENDA "NO APLICA", A FIN DE CUMPLIR CON LA ENTREGA FORMAL DEL EXPEDIENTE. ¿SE ACEPTA? PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PERMITA PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE IMSS, SAT E INFONAVIT EMITIDAS CON 20 DIAS PREVIOS AL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
797664	CONDUIT LIFE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	SUBNUMERAL 13.7	CLAVE SAI 631.060.0134.02.01, DESCRIPCION 1.2.3 PROTECTORES LATERALES, SUPERIOR E INFERIOR	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SUS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO GENERADAS DESDE EL MOMENTO QUE CONCLUYA LA JUNTA DE ACLARACIONES Y HASTA EL MOMENTO PREVIO A LA PRESENTACION DE SU PROPOSPICION TECNICO ECONOMICA.
797675	ARTIMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	CLAVE 11631	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SIN PROTECCIÓN SUPERIOR E INFERIOR.	ESTA PARTIDA YA NO ES REQUERIDA, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. NO. CONSECUTIVO 1.
797847	LUMAFESA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	PREGUNTO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LOS APARTADOS DE LA FICHA TECNICA 2,ACCESORIOS Y 3. CONSUMIBLES MEDIANTE UNA CARTA COMPROMISO, SUSCRITA POR NUESTRO REPRESENTANTE LEGAL, EN LA CUAL SE MANIFIESTE DE MANERA FORMAL NUESTRO COMPROMISO DE ENTREGAR, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, LA TOTALIDAD DE LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CONTEMPLADOS EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA. DICHOS INSUMOS SERÁN PROVISIONOS CONFORME A LAS CANTIDADES REQUERIDAS, COMPLETAMENTE NUEVOS, EN ESTADO ORIGINAL DE FABRICA, ACOMPAÑADOS DE LA DOCUMENTACIÓN NORMATIVA CORRESPONDIENTE Y ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON EL EQUIPO OFERTADO.	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797848	LUMAFESA S DE RL DE CV	TÉCNICO		<p>LA PRESENTE PETICIÓN APLICA PARA LA PARTIDA 1: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRI, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>PREGUNTO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LOS APARTADOS DE LA FICHA TECNICA 2.ACESORIOS Y 3. CONSUMIBLES MEDIANTE UNA CARTA COMPROMISO, SUSCRITA POR NUESTRO REPRESENTANTE LEGAL, EN LA CUAL SE MANIFIESTE DE MANERA FORMAL NUESTRO COMPROMISO DE ENTREGAR, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, LA TOTALIDAD DE LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CONTEMPLADOS EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA.</p> <p>DICHOS INSUMOS SERÁN PROVISTOS CONFORME A LAS CANTIDADES REQUERIDAS, COMPLETAMENTE NUEVOS, EN ESTADO ORIGINAL DE FÁBRICA, ACOMPAÑADOS DE LA DOCUMENTACIÓN NORMATIVA CORRESPONDIENTE Y ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON EL EQUIPO OFERTADO.</p> <p>LA PRESENTE PETICIÓN APLICA PARA LA PARTIDA 7 : CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE , ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.
797849	LUMAFESA S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AUTORICE NOS PERMITA EL USO DE IMÁGENES ILUSTRATIVAS PARA RESPALDAR AQUELLAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE, POR SU NATURALEZA, NO PUEDAN SER DESCRITAS DE FORMA LITERAL EN LOS CATALOGOS DE NUESTROS PRODUCTOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA PUEDE REFERENCIAR CON IMÁGENES, LA CONVOCANTE CUENTA CON LAS OPCIONES DE FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797850	LUMAFESA S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ACLARE SI EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA EN OFERTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE EXCEDAN LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE	ES CORRECTO, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA


[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797851	LUMAFESA S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	PROCEDIMIENTO, ELLO NO AFECTARÁ LA EVALUACIÓN DE SOLVENCIA NI CONSTITUIRÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA CON RESPECTO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE/TECNOLOGIA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797852	LUMAFESA S DE RL DE CV	TÉCNICO	3. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.	PREGUNTO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ES CORRECTO ENTENDER QUE EL TIEMPO DE ENTREGA ES DE 90 DÍAS NATURALES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES NO. CONSECUTIVO 3
797853	LUMAFESA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	PARTIDA 1: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRI CON EL FIN DE PROVEER UN EQUIPO QUE CUMPLA CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA RECOMENDADOS POR LAS GUÍAS DE LA AMERICAN HEART ASSOCIATION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL TIEMPO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.1.16.5 SEA DE 7 SEGUNDOS, TIEMPO PROPIO PARA PROVEER LA DESCARGA DE LA FORMA MÁS RÁPIDA POSIBLE PARA LA ATENCION DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR TIEMPO DE 7 SEGUNDOS. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797854	LUMAFESA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	PARTIDA 1: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRI HERRAMIENTAS QUE FACILITAN EL USO DEL EQUIPO AL USUARIO. ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON DESPLIEGUE DIGITAL DE METRÓNOMO QUE INDIQUE LA FUERZA QUE DEBERÁ APLICAR PARA REALIZAR RESUSITACION CARDIOPULMONAR. ¿ES ESTO CORRECTO?	SE ACEPTA. PUEDE OFERTAR DESPLIEGUE DIGITAL DE METRÓNOMO QUE INDIQUE LA FUERZA QUE DEBERA APLICAR PARA REALIZAR DE MANERA CORRECTA LA MANIOBRA DE RESUSITACION CARDIOPULMONAR. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797903	ASEORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A LOS APARTADOS 2. ACCESORIOS Y 3. CONSUMIBLES	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797904	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	<p>MEDIANTE LA PRESENTACION DE UNA CARTA COMPROMISO, SUSCRITA POR NUESTRO REPRESENTANTE LEGAL, EN LA QUE SE MANIFIESTE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE ENTREGARÁ LA TOTALIDAD DE LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INDICADOS EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA. NOS COMPROMETEMOS A PROPORCIONAR DICHS INSUMOS EN LAS CANTIDADES SOLICITADAS, COMPLETAMENTE NUEVOS, SELLADOS DE FÁBRICA Y COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS OFERTADOS PARA LA PARTIDA 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA EN ESTOS TÉRMINOS?</p>	<p>NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.</p>
				<p>SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR LOS PUNTOS DE 2. ACCESORIOS Y 3. CONSUMIBLES CON UNA CARTA COMPROMISO DONDE EL REPRESENTANTE LEGAL SE COMPROMETE, QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, ENTREGAR TODOS LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES SOLICITADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA, COMPROMETIENDONOS A ENTREGAR LA CANTIDAD SOLICITADA, COMPLETAMENTE NUEVOS, SELLADOS Y COMPATIBLES AL LOS EQUIPOS OFERTADOS PARA SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A LOS APARTADOS 2. ACCESORIOS Y 3. CONSUMIBLES MEDIANTE LA PRESENTACION DE UNA CARTA COMPROMISO, SUSCRITA POR NUESTRO REPRESENTANTE LEGAL, EN LA QUE SE MANIFIESTE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE ENTREGARÁ LA TOTALIDAD DE LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INDICADOS EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA. NOS COMPROMETEMOS A PROPORCIONAR DICHS INSUMOS EN LAS CANTIDADES SOLICITADAS, COMPLETAMENTE NUEVOS, SELLADOS DE FÁBRICA Y COMPATIBLES CON</p>	




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				LOS EQUIPOS OFERTADOS PARA LA PARTIDA 4: ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA EN ESTOS TERMINOS? ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
797905	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA CON IMAGENES LOS PUNTOS CON DIFICULTAD DE REFERENCIAR TEXTUALMENTE EN NUESTROS CATALOGOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA PUEDE REFERENCIAR CON IMAGENES, LA CONVOCANTE CUENTA CON LAS OPCIONES DE FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES ENTRE OTROS. PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797906	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, ACLARE SI EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA OFERTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, NO AFECTARA LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA QUE SE PRESENTE Y, POR LO TANTO, NO SERA UN MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTO, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
797907	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.	PREGUNTO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ES CORRECTO ENTENDER QUE EL TIEMPO DE ENTREGA ES DE 90 DÍAS NATURALES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.NO. CONSECUTIVO 3.
797908	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCION	PARTIDA 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES. PUNTO 1.1.1 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA TACTIL LCD TFT A COLOR DE 9 PULGADAS, TAMAÑO SUFICIENTE PARA DESPLEGAR CURVAS Y PARAMETROS NUMÉRICOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR PANTALLA TACTIL LCD TFT A COLOR DE 9 PULGADAS. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
797909	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCION	PARTIDA 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES. PUNTO 1.1.4 ENTENDEMOS QUE LA COMUNICACION ENTRE MONITORES PODRA SER DEMOSTRADA MEDIANTE DOCUMENTACION, DEJANDO CLARO	SE ACEPTA PUEDE REFERENCIAR CON MANUALES, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, ENTRE OTROS, SIENDO LAS OPCIONES QUE OTORGA LA CONVOCANTE. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
797910	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CECILLAS DE DESCRIPCIÓN	QUE ES UNA CAPACIDAD A FUTURO, ¿SE ACEPTA? PARTIDA 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES. PUNTO 1.1.9.2 DE ACUERDO AL NUMERAL DE 2.4, SE SOLICITAN CABLES DE 5 PUNTAS CON LO CUAL ENTENDEMOS QUE LOS PARTICIPANTES TENDRÁN QUE DESPLEGAR LAS 12 DERIVACIONES MEDIANTE TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, ¿ES CORRECTO? PARTIDA 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES. PUNTO 1.1.10 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE LA INTEGRACIÓN DE ÍNDICE DE PERFUSION, PARÁMETRO QUE SE MIDE CON EL MISMO SENSOR DE PULSIOXIMETRÍA, AJUSTANDO EL NIVEL DE MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE, ¿SE ACEPTA? PUNTO 2.7 ENTENDEMOS QUE LA COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES PODRÁ SER DEMOSTRADA MEDIANTE DOCUMENTACIÓN, DEJANDO CLARO QUE ES UNA CAPACIDAD A FUTURO, ¿SE ACEPTA? PARTIDA 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES. PUNTO 1.1.4 COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES (MONITOR - MONITOR) DE LA MISMA MARCA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, YA QUE NO CONSTITUYE UN REQUISITO ESENCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE Y COMPLETO DE CADA MONITOR, NI AFECTA SU CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO NI LOS PARÁMETROS CLÍNICOS REQUERIDOS, ¿SE ACEPTA?	CONVOCATORIA. NO ES CORRECTO, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
797911	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CECILLAS DE DESCRIPCIÓN	QUE ES UNA CAPACIDAD A FUTURO, ¿SE ACEPTA? PARTIDA 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES. PUNTO 1.1.9.2 DE ACUERDO AL NUMERAL DE 2.4, SE SOLICITAN CABLES DE 5 PUNTAS CON LO CUAL ENTENDEMOS QUE LOS PARTICIPANTES TENDRÁN QUE DESPLEGAR LAS 12 DERIVACIONES MEDIANTE TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, ¿ES CORRECTO? PARTIDA 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES. PUNTO 1.1.10 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE LA INTEGRACIÓN DE ÍNDICE DE PERFUSION, PARÁMETRO QUE SE MIDE CON EL MISMO SENSOR DE PULSIOXIMETRÍA, AJUSTANDO EL NIVEL DE MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE, ¿SE ACEPTA? PUNTO 2.7 ENTENDEMOS QUE LA COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES PODRÁ SER DEMOSTRADA MEDIANTE DOCUMENTACIÓN, DEJANDO CLARO QUE ES UNA CAPACIDAD A FUTURO, ¿SE ACEPTA? PARTIDA 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES. PUNTO 1.1.4 COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES (MONITOR - MONITOR) DE LA MISMA MARCA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, YA QUE NO CONSTITUYE UN REQUISITO ESENCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE Y COMPLETO DE CADA MONITOR, NI AFECTA SU CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO NI LOS PARÁMETROS CLÍNICOS REQUERIDOS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
797912	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CECILLAS DE DESCRIPCIÓN	QUE ES UNA CAPACIDAD A FUTURO, ¿SE ACEPTA? PARTIDA 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES. PUNTO 1.1.9.2 DE ACUERDO AL NUMERAL DE 2.4, SE SOLICITAN CABLES DE 5 PUNTAS CON LO CUAL ENTENDEMOS QUE LOS PARTICIPANTES TENDRÁN QUE DESPLEGAR LAS 12 DERIVACIONES MEDIANTE TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, ¿ES CORRECTO? PARTIDA 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES. PUNTO 1.1.10 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE LA INTEGRACIÓN DE ÍNDICE DE PERFUSION, PARÁMETRO QUE SE MIDE CON EL MISMO SENSOR DE PULSIOXIMETRÍA, AJUSTANDO EL NIVEL DE MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE, ¿SE ACEPTA? PUNTO 2.7 ENTENDEMOS QUE LA COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES PODRÁ SER DEMOSTRADA MEDIANTE DOCUMENTACIÓN, DEJANDO CLARO QUE ES UNA CAPACIDAD A FUTURO, ¿SE ACEPTA? PARTIDA 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES. PUNTO 1.1.4 COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES (MONITOR - MONITOR) DE LA MISMA MARCA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, YA QUE NO CONSTITUYE UN REQUISITO ESENCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE Y COMPLETO DE CADA MONITOR, NI AFECTA SU CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO NI LOS PARÁMETROS CLÍNICOS REQUERIDOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PUEDE REFERENCIAR CON MANUALES, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, ENTRE OTROS, SIENDO LAS OPCIONES QUE OTORGA LA CONVOCANTE SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
797913	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CECILLAS DE DESCRIPCIÓN	QUE ES UNA CAPACIDAD A FUTURO, ¿SE ACEPTA? PARTIDA 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES. PUNTO 1.1.9.2 DE ACUERDO AL NUMERAL DE 2.4, SE SOLICITAN CABLES DE 5 PUNTAS CON LO CUAL ENTENDEMOS QUE LOS PARTICIPANTES TENDRÁN QUE DESPLEGAR LAS 12 DERIVACIONES MEDIANTE TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE, ¿ES CORRECTO? PARTIDA 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES. PUNTO 1.1.10 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE LA INTEGRACIÓN DE ÍNDICE DE PERFUSION, PARÁMETRO QUE SE MIDE CON EL MISMO SENSOR DE PULSIOXIMETRÍA, AJUSTANDO EL NIVEL DE MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE, ¿SE ACEPTA? PUNTO 2.7 ENTENDEMOS QUE LA COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES PODRÁ SER DEMOSTRADA MEDIANTE DOCUMENTACIÓN, DEJANDO CLARO QUE ES UNA CAPACIDAD A FUTURO, ¿SE ACEPTA? PARTIDA 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES. PUNTO 1.1.4 COMUNICACIÓN ENTRE MONITORES (MONITOR - MONITOR) DE LA MISMA MARCA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, YA QUE NO CONSTITUYE UN REQUISITO ESENCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE Y COMPLETO DE CADA MONITOR, NI AFECTA SU CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO NI LOS PARÁMETROS CLÍNICOS REQUERIDOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, EL NUMERAL 1.1.4 ES OPCIONAL DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA QUE OFERTE CADA LICITANTE. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.NO CONSECUTIVO 7.
797914	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S	TÉCNICO	CECILLAS DE DESCRIPCIÓN	QUE ES UNA CAPACIDAD A FUTURO, ¿SE ACEPTA? PARTIDA 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES. PUNTO 1.1.4.1 VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMA ENTRE MONITORES	SE ACEPTA, EL NUMERAL 1.1.4.1 ES OPCIONAL DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA QUE OFERTE CADA LICITANTE. FAVOR DE REMITIRSE A LAS


[Handwritten signature and scribbles]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	DE RL DE CV			DE CABECERA SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, YA QUE NO CONSTITUTE UN REQUISITO ESENCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE Y COMPLETO DE CADA MONITOR, NI AFECTA SU CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO NI LOS PARÁMETROS CLÍNICOS REQUERIDOS, ¿SE ACEPTA?	ACLARACIONES GENERALES.NO. CONSECUTIVO 8.
797915	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	PARTIDA 4. ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. PUNTO 1.3.2.1 SOLICITO AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SEA POSIBLE ACEPTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA QUE CONTEMPLE ÚNICAMENTE DOS VELOCIDADES DE LAS TRES QUE INDICA LA CONVOCANTE, JUSTIFICANDO QUE CON DICHAS VELOCIDADES SE CUBREN DE MANERA EFICIENTE LOS RANGOS OPERATIVOS REQUERIDOS, SIN COMPROMETER EL DESEMPEÑO, LA SEGURIDAD NI LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA; PUEDE OFERTAR DOS VELOCIDADES. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
797916	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CEDULAS DE DESCRIPCIÓN	PARTIDA 4. ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. PUNTO 1.3.2 LA TECNOLOGIA A OFERTAR PERMITE EL AJUSTE DE VELOCIDAD EN 25MM/S Y 50 MM/S, OPCIONES SUFICIENTES PARA PRESENTAR DE MANERA ADECUADA EL TRAZO ELÉCTRICO DESEADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA; PUEDE OFERTAR AJUSTE DE VELOCIDAD EN 25MM/S Y 50 MM/S, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
797986	ZENTILIA LAB S A P I DE CV	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES	SE SOLICITA AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR CUAL ES EL "FORMATO IMSS" QUE HACE MENCIÓN EN LA TABLA DE LA PÁGINA 24, EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS TECNICOS 1, 9.	CADA ANEXO TECNICO NUMERADO SE REFIERE A QUE SE TRATA DE UN FORMATO IMSS POR CADA ANEXO. SE FACILITAN POR PARTE DE LA CONVOCANTE SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
798050	ZENTILIA LAB S A P I DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	13.1 LEGAL ADMINISTRATIVO 13.2 ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA 13.2.1	SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA INDICAR CON QUÉ DOCUMENTO PODEMOS ACREDITAR EL NUMERAL 13.2 ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA, 13.2.1 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE PERSONAS	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES LEGALES ADMINISTRATIVAS A LA CONVOCATORIA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS

LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
798051	ZENTILIA LAB S A P I DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXOS - ANEXO XIX	FISICAS Y MORALES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PROPORCIONE EL FORMATO DE "MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN" DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS ANEXOS DE LA CONVOCATORIA NI EN LA PLATAFORMA DE COMPRAS MX.	SE ACLARA QUE LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS EMITE LA CONSTANCIA DE INTERES EN PARTICIPAR.
798179	INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS VALMA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO DEL PUNTO 1.14.2.4 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR UN CARGADOR PORTÁTIL EXTERNO PROPIO PARA EL TIPO DE BATERÍA OFERTADO PARA EL MANGO, LO ANTERIOR PERMITE TENER UN MAYOR ESPACIO PARA LA CARGA DE LAS BATERÍAS, ASÍ MISMO PERMITE QUE PUEDA TENER UN ESPACIO PARA GUARDA MÁS ACCESIBLE, AL EVITAR SER MÁS GRANDE Y ROBUSTO. LA PROPUESTA NO AFECTA LA SOLVENCIA TÉCNICA DE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, AL CUMPLIR CON LA FUNCIÓN DE CARGA DE LA BATERÍA PARA EL MANGO, DE MANERA EFICAZ Y A SU VEZ ERGONÓMICA EN LA COLOCACIÓN Y USO DE ESTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
798180	INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS VALMA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO DEL PUNTO 1.1.16.2. ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR, TECNOLOGIA SUPERIOR QUE EMPLEA EL RANGO INFERIOR DE 1 JOULE Y CUMPLIMIENTO AL RANGO DE ENERGÍA SOLICITADO, POR LO TANTO, NO ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICASIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
798181	INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS VALMA SA DE CV	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO DEL PUNTO 1.1.16.4. ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR, TECNOLOGIA SUPERIOR EN	ES CORRECTA SU APRECIACION, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICASIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
798182	INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS VALMA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6	LA CUAL EL EQUIPO QUE OFERTAMOS NO REQUIERE ACCESORIO ALGUNO PARA PRUEBA DE DESCARGA, NO ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A ESTA SOLICITUD DEL NUMERAL 6 DE LAS BASES "CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE, SOLICITADA, DONDE ESPECIFIQUE LA HABILITACIÓN SIN RESTRICCIONES DE USO DE LAS FUNCIONES (CLASES DE SERVICIO) DICOM 3.0. SE CONSIDERARA INTERFAZ VALIDA SIEMPRE Y CUANDO EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT COMPROBE QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS SOPORTAN LOS SERVICIOS REQUERIDOS", SE SOLICITA SE ACLARE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA SOLICITUD ¿BASTA CON LA CARTA COMPROMISO DESCRITA EN EL MISMO PÁRRAFO?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. NO. CONSECUTIVO 5 Y 6
798197	MEDIXSA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.3 CONDICIONES DE ENTREGA	3.3 CONDICIONES DE ENTREGA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, QUE EN CASO DE AQUELLAS PARTIDAS QUE NO REQUIEREN GUÍAS MECÁNICAS, NO DEBEMOS ENTREGAR DICHO DOCUMENTO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. NO. CONSECUTIVO 4
798198	MEDIXSA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA 3.1 PLAZO	EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO SERÁ MÁXIMO DE 60 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL ACTA DE FALLO... PREGUNTA: PODRÍAN CONFIRMARNOS ESTE PLAZO, YA QUE EN EL ANEXO TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE PUBLICO JUNTO CON LAS BASES EN LA	NO ES CORRECTO, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES NO. CONSECUTIVO 3




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
798199	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO		<p>PLATAFORMA COMPRASMX, ESTABLECE EN SU INCISO B) PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN, SE ESTABLECE QUE "EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO SERÁ MÁXIMO DE 90 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL ACTA DE FALLO".</p> <p>MOTIVO POR EL CUAL, NOS PODRIAN ACLARAR ¿CUAL ES EL PLAZO DE ENTREGA QUE DEBEMOS CONSIDERAR?</p> <p>4. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTRO, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR</p> <p>1. REGISTRO SANITARIO</p> <p>PREGUNTA: EN EL PRESENTE INCISO DE LAS BASE NO SE ESTABLECE EL SUPUESTO QUE LOS BIENES NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO COMO SON AQUELLAS PARTIDAS DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA (PARTIDAS 12;13, 14, 15) Y PARTIDA 16; POR LO QUE, ENTEDEMOS QUE SE DEBERA ANEXAR EL OFICIO POR PARTE DE LA SSA QUE LO EXIMA DEL MISMO, O, EN SU CASO QUE SE ACEPTE PRESENTAR EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTO, LAS PARTIDAS 9 A LA 18 YA NO SON REQUERIDAS EN LA PRESENTE LICITACION, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. NO. CONSECUTIVO 1.</p>
798200	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	4. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTRO, CERTIFICADOS.. 2) ISO 13485	<p>4. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTRO, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR</p> <p>2) ISO 13485</p> <p>PREGUNTA: ENTEDEMOS QUE TODOS LOS BIENES REQUERIDOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN DEBERAN PRESENTAR COMO REQUISITO</p>	<p>ES CORRECTO. EL ISO 13485 ES OBLIGATORIO PARA TODAS LAS PARTIDAS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>


[Handwritten signature and scribbles]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
798201	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	4. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTRO, CERTIFICADOS. 3) ISO 9001:2015	OBLIGATORIO EL CERTIFICADO ISO 13485 POR TRATARSE DE EQUIPO MEDICO ¿ES CORRECTO? 4. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTRO, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR 3) ISO 9001 PREGUNTA: ACTUALMENTE LOS FABRICANTES DE EQUIPO MEDICO SE CERTIFICAN A TRAVES DEL ISO 13485, EL CUAL ESTA ORIENTADO Y ES ESPECIFICO PARA EQUIPO MEDICO, DEJANDO A UN LADO LA CERTIFICACIÓN CON EL ISO 9001, CUYO INTENCIÓN ES MAS ADMINISTRATIVA, QUE NO SIEMPRE REFLEJA LA VERDADERA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE ELLOS FABRICAN, POR LO QUE, CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, SOLICITAMOS QUE AQUELLOS BIENES NACIONALES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO Y NO ESTEN SUJETOS A LOS OPCIONES QUE USTEDES ESTABLECEN, POR NO SER EQUIPOS DE IMPORTACIÓN, SE ACEPTE QUE ESTE INCISO SEA CONSIDERADO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTA? 4. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTRO, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR 5) CARTA DE APOYO PREGUNTA: EN EL CASO QUE MI REPRESENTADA SEA DISTRIBUIDOR DE LA MARCA QUE OFRECE, ENTENDEMOS QUE PODRA PRESENTAR SU CARTA DE DISTRIBUCIÓN, OMITIENDO ASI LA CARTA DE RESPALDO A ESTA LICITACIÓN. ¿ES CORRECTO? 6. NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL, NORMA DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE	NO SE ACEPTA, NO ES OPCIONAL EL ISO 9001. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
798202	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	4. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTRO, CERTIFICADOS. 5) CARTA DE APOYO	4. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTRO, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR 5) CARTA DE APOYO PREGUNTA: EN EL CASO QUE MI REPRESENTADA SEA DISTRIBUIDOR DE LA MARCA QUE OFRECE, ENTENDEMOS QUE PODRA PRESENTAR SU CARTA DE DISTRIBUCIÓN, OMITIENDO ASI LA CARTA DE RESPALDO A ESTA LICITACIÓN. ¿ES CORRECTO? 6. NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL, NORMA DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE	NO ES CORRECTO, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.
798203	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	6. NORMA OFICIAL MEXICANA...	6. NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL, NORMA DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. NO. CONSECUTIVO 5 Y 6



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
798204	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	<p>RESULTA APLICABLE A LOS BIENES DADO QUE LOS BIENES QUE SE REQUIEREN EN LA PRESENTE LICITACIÓN NO SON CONSIDERADOS DE IMAGENOLÓGIA.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL REQUERIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO CON EL ESTADAR DE COMUNICACION DICOM, NO APLICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN ¿ES CORRECTO?</p> <p>5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PREGUNTA: DADO QUE LAS PARTIDAS DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA (PARTIDAS 12,13, 14, 15) Y PARTIDA 16 DADA SUS CARACTERISTICAS Y NATURALEZA, NO REQUIEREN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO, POR LO QUE, ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA ESTAS PARTIDAS BASTARA CON PRESENTAR CARTA DE NO APLICA ¿ES CORRECTO?</p>	NO ES CORRECTO, LAS PARTIDAS 9 A LA 18 YA NO SON REQUERIDAS EN LA PRESENTE LICITACION, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. NO CONSECUTIVO 1.
798205	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 14 ANTEOJOS EMPLOMADO	<p>PUNTO: 1.4. BANDAS ELÁSTICAS PARA SUJETARSE ALREDEDOR DE LA CABEZA</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR COMO BANDA DE SUJECIÓN A LA CABEZA, YA QUE CUMPLE SU FUNCIÓN DE FIJACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA. LAS PARTIDAS 9 A LA 18 YA NO SON REQUERIDAS EN LA PRESENTE LICITACION, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. NO. CONSECUTIVO 1.
798206	MEDIXSA SA DE CV	TÉCNICO	TODAS LAS PARTIDAS	<p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS AMABLE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA PUEDE OFERTAR TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
798223	INGENIERIA EN EQUIPOS	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, SOLICITAMOS DE MANERA AMABLE	NO ES NEGATIVA LA RESPUESTA AL PLANTEAMIENTO ANTERIOR.




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
798224	MEDICOS VALMA SA DE CV INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS VALMA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6	A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR DE MANERA CLARA ¿DE QUÉ FORMA SE PUEDE COMPROBAR QUE SE CUMPLE CON EL SOPORTE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, REFERENTE A ESTA SOLICITUD DEL NUMERAL 6 DE LAS BASES "ADEMÁS DE GARANTIZAR SU CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DIGITAL INSTALADO EN LA UNIDAD MEDICA SIN COSTO PARA EL INSTITUTO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN OFERTADO.", SE SOLICITA SE ACLARE ¿QUE EXACAMENTE REQUIERE LA CONVOCANTE PARA VERIFICAR QUE SE GARANTIZA LA CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DIGITAL INSTALADO EN LA UNIDAD MÉDICA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. NO. CONSECUTIVO 5 Y 6
798225	INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS VALMA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6	SE ENTIENDE QUE EN CASO DE QUE A LOS EQUIPOS A OFERTAR DENTRO DE LOS QUE SE LICITAN NO LES APLICA NADA REFERENTE A DICOM, BASTARÁ CON UNA CARTA QUE INDIQUE ESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ¿ES CORRECTO?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. NO. CONSECUTIVO 5 Y 6
798470	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PODRAN SER REPRODUCIDOS POR MI REPRESENTADA Y QUE NO SERÁN MOTIVO DE DESECHAMIENTO, EL NO RESPETAR EXCATAMENTE EL MISMO FORMATO, SIEMPRE Y CUANDO EL ESCRITO REPRODUCIDO INCLUYA LA INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA EN EL FORMATO ORIGINAL DE LA CONVOCATORIA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	ES CORRECTO PODRA REPRODUCIR LOS FORMATOS DEL IMSS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
798471	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6 INCISO K)	OPINIONES POSITIVAS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES; EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTACIONES PATRONALES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE	SE ACEPTA SU SOLICITUD.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
798472	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 5	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DE EXPEDICIÓN COMPRENDIDA DESDE LA FECHA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y HASTA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. INVARIABLEMENTE A LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ PRESENTARSE VIGENTE. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME ¿EL CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SE DEBERA PRESENTAR EN CASO DE RESULTAR CON ADJUDICACIÓN. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. TENIENDO EN CUENTA QUE EL SISTEMA DE INFONAVIT YA NO GENERA CONSTANCIAS DE FORMA DIARIA, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI SERÁ VÁLIDA LA ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL EN MATERIA DE INFONAVIT CON UNA FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.	ES CORRECTO EL CALENDARIO DE MANTENIMIENTO SOLO LO DEBE PRESENTAR EL PROVEEDOR ADJUDICADO SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
798473	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 7.2. INCISO A)	SOLICITAMOS AMBALEAMENTE NOS CONFIRME LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EN CASO DE RESULTAR CON LA ADJUDICACIÓN SE DEBERA PRESENTAR EL PEDIMENTO ADJUANAL ACOMPAÑADO DE LA FACTURA, CERTIFICADO DE ORIGEN Y PARKING LIST DE LAS PIEZAS QUE NO SON DE FABRICACIÓN NACIONAL Y FORMAN PARTE INTEGRAL DEL EQUIPO ASIGNADO. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. NO. SE ACLARA QUE NO ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO PRESENTAR SU OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, SIN EMBARGO EN ARAS DE LA TRANSPARENCIA Y EN CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERA PRESENTAR SUS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
798474	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 2.1 INCISO 6	SOLICITAMOS AMBALEAMENTE NOS CONFIRME LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EN CASO DE RESULTAR CON LA ADJUDICACIÓN SE DEBERA PRESENTAR EL PEDIMENTO ADJUANAL ACOMPAÑADO DE LA FACTURA, CERTIFICADO DE ORIGEN Y PARKING LIST DE LAS PIEZAS QUE NO SON DE FABRICACIÓN NACIONAL Y FORMAN PARTE INTEGRAL DEL EQUIPO ASIGNADO. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. NO. SE ACLARA QUE NO ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO PRESENTAR SU OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, SIN EMBARGO EN ARAS DE LA TRANSPARENCIA Y EN CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERA PRESENTAR SUS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.	ES CORRECTO EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR EL PEDIMENTO ADJUANAL ACOMPAÑADO DE LA FACTURA, CERTIFICADO DE ORIGEN Y PARKING LIST DE LAS PIEZAS QUE NO SON DE FABRICACIÓN NACIONAL Y FORMAN PARTE INTEGRAL DEL EQUIPO ASIGNADO. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. NO. SE ACLARA QUE NO ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO PRESENTAR SU OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, SIN EMBARGO EN ARAS DE LA TRANSPARENCIA Y EN CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERA PRESENTAR SUS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.
798475	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 8	SOLICITAMOS AMBALEAMENTE NOS CONFIRME LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EN CASO DE RESULTAR CON LA ADJUDICACIÓN SE DEBERA PRESENTAR EL PEDIMENTO ADJUANAL ACOMPAÑADO DE LA FACTURA, CERTIFICADO DE ORIGEN Y PARKING LIST DE LAS PIEZAS QUE NO SON DE FABRICACIÓN NACIONAL Y FORMAN PARTE INTEGRAL DEL EQUIPO ASIGNADO. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. NO. SE ACLARA QUE NO ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO PRESENTAR SU OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, SIN EMBARGO EN ARAS DE LA TRANSPARENCIA Y EN CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERA PRESENTAR SUS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.	ES CORRECTO EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR EL PEDIMENTO ADJUANAL ACOMPAÑADO DE LA FACTURA, CERTIFICADO DE ORIGEN Y PARKING LIST DE LAS PIEZAS QUE NO SON DE FABRICACIÓN NACIONAL Y FORMAN PARTE INTEGRAL DEL EQUIPO ASIGNADO. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. NO. SE ACLARA QUE NO ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO PRESENTAR SU OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, SIN EMBARGO EN ARAS DE LA TRANSPARENCIA Y EN CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBERA PRESENTAR SUS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
798476	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 CARRO ROJO	FECHA DE FALLO Y LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO INVARIABLEMENTE", ENTENDEMOS QUE NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO NO PRESENTAR OPINION DE CUMPLIMIENTO DE SAT, IMSS E INFONAVIT EN SENTIDO POSITIVO, SOLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? DEL PUNTO 1.1.14.2.4 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR UN CARGADOR PORTÁTIL EXTERNO PROPIO PARA EL TIPO DE BATERIA OFERTADO PARA EL MANGO, LO ANTERIOR PERMITE TENER UN MAYOR ESPACIO PARA LA CARGA DE LAS BATERÍAS, ASÍ MISMO PERMITE QUE PUEDA TENER UN ESPACIO PARA GUARDA MÁS ACCESIBLE, AL EVITAR SER MÁS GRANDE Y ROBUSTO. LA PROUESTA NO AFECTA LA SOLVENCIA TÉCNICA DE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, AL CUMPLIR CON LA FUNCIÓN DE CARGA DE LA BATERIA PARA EL MANGO, DE MANERA EFICAZ Y A SU VEZ ERGONÓMICA EN LA COLOCACION Y USO DE ESTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
798477	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 CARRO ROJO	DEL PUNTO 1.1.16.2. ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR, TECNOLOGIA SUPERIOR QUE EMPLEA EL RANGO INFERIOR DE 1 JOULE Y RANGO SUPERIOR DE 360 JOULES DA CUMPLIMIENTO AL RANGO DE ENERGÍA SOLICITADO, POR LO TANTO, NO ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, SU PROUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICASIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
798478	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1 CARRO ROJO	DEL PUNTO 1.1.16.4 ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR, TECNOLOGIA SUPERIOR EN LA CUAL EL EQUIPO QUE OFERTAMOS NO REQUIERE ACCESORIO ALGUNO PARA PRUEBA DE DESCARGA, NO ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, SI SE REQUIERE EQUIPO SON SISTEMA PARA PRUEBA DE LA DESCARGA DE ACUERDO A LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES.
798479	INNOVACION MEDICA Y	TÉCNICO	PARTIDA 2 MONITOR	1.1.12 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y PARA OFRECER UNA MEJOR	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMERICAS DE HASTA 96 HORAS, SI



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV			ATENCION AL DERECHO HABIENTE SOLICITE TENDENCIAS GRAFICAS Y NUMERICAS DE HASTA 96 HORAS, YA QUE ESTA CARACTERISTICA PERMITE UN MAYOR RANGO DE VISUALIZACION DE TENDENCIAS, LO QUE FAVORECE EN UN MEJOR DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE ¿SE ACEPTA?	PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
798480	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 MONITOR	1.1.16.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE OFRECER UNA ATENCIÓN DE MEJOR CALIDAD AL DERECHO HABIENTE SOLICITE BATERIA RECARGABLE CON DURACIÓN DE 4 HORAS, YA QUE ESTO EVITA LA PÉRDIDA DE LA MONITORIZACION EN CASO DE AUSENCIA PROLONGADA DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL HOSPITAL ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR BATERIA RECARGABLE CON DURACIÓN DE 4 HORAS, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
798481	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4 ELECTRO	DEL PUNTO 1.2.5.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR, TECNOLOGIA SUPERIOR, FILTROS MUSCULARES DE 25. 40, 150 Y 250HZ, LO QUE PROPORCIONA AL USUARIO MEJORES OPCIONES PARA EL FILTRADO DE LA SEÑAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PUEDE OFERTAR FILTROS MUSCULARES DE 25, 40, 150 Y 250HZ, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
798482	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4 ELECTRO	DEL PUNTO 1.3.2.1. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGIA CON SENSIBILIDADES DE 12.5, 25 Y 50 MM/SEG. PARA LA VISUALIZACION DEL REGISTRO, LA PROPUESTA PERMITE UNA VISUALIZACION OPTIMA Y COMPLETA Y NO AFECTA EN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, Y CORRECTO Y COMPLETO ANÁLISIS DE CADA ESTUDIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR CON SENSIBILIDADES DE 12.5, 25 Y 50 MM/SEG.SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
798483	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4 ELECTRO	DEL PUNTO 1.6.1 SE ENTIENDE QUE EL PUNTO SOLICITADO HACE REFERENCIA A QUE UNA VEZ HECHA LA TOMA DE ESTUDIO EL EQUIPO SEA CAPAZ DE ENVIAR EL REGISTRO MEDIANTE LAN O CABLE SERIAL O CABLE DE RED POSTERIOR A LA TOMA DEL ESTUDIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
798484	INNOVACION MEDICA Y	TÉCNICO	PARTIDA 4 ELECTRO	DEL PUNTO 1.6.2 SE ENTIENDE QUE EL PUNTO SOLICITADO HACE REFERENCIA A QUE UNA VEZ	ES CORRECTA SU APRECIACION. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-83-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA SALA DE HEMODINAMIA HGZMF 2

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
798485	TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4 ELECTRO	HECHA LA TOMA DE ESTUDIO EL EQUIPO SEA CAPAZ DE ENVIAR EL REGISTRO MEDIANTE WIFI O WLAN POSTERIOR A LA TOMA DEL ESTUDIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? DEL PUNTO 1.7.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA CON FORMATO DE IMPRESION EN PAPEL TAMAÑO A4 (QUE MIDE 21 X 29.7 CM) YA QUE ESTA CARACTERISTICA NO LIMITA LA CAPACIDAD DE IMPRESIÓN DE LOS ESTUDIOS, NI LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA? DEL PUNTO 2.4.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR CARRO DE TRANSPORTE CON CESTA PARA COLOCAR ELECTRODOS REUTILIZABLES, EL GEL Y OTROS ACCESORIOS, YA QUE ESTA CARACTERISTICA NO LIMITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR IMPRESIÓN EN PAPEL TAMAÑO A4. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
798486	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4 ELECTRO	DEL PUNTO 2.4.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR CARRO DE TRANSPORTE CON CESTA PARA COLOCAR ELECTRODOS REUTILIZABLES, EL GEL Y OTROS ACCESORIOS, YA QUE ESTA CARACTERISTICA NO LIMITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

---FIN DEL ACTA---

