



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

**CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025  
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO**

En la Ciudad de León Guanajuato, siendo las **14:00 horas** del día **21 de Agosto de 2025**, de conformidad con el Artículo 46 del reglamento de la Ley; en el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle Suecia esquina con España S/N, Colonia los Paraísos; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el **cierre de la Junta de Aclaraciones** a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), 45 y 46 fracción I de su Reglamento (en adelante el Reglamento) y en el numeral **12.4 de la Convocatoria**.

Este acto fue presidido por la Licenciada Nohemi Patricia Rangel Diaz, Servidora Pública facultada por la Convocante, en apego al numeral 5.3.8 b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, vigentes por acuerdo de H. Consejo Técnico mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.260923/271P.DA, quien comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 46, fracción I del Reglamento, el Acto de la **Junta de Aclaraciones** que se llevó a cabo a las **10:00 horas del día 05 de agosto de 2025** y cuyo acto concluyó el día **20 de agosto de 2025 a las 16:30 horas**; así mismo se les informo a los Licitantes que se otorgaban **20 (veinte) horas** para la recepción de **preguntas (repreguntas)** a las aclaraciones realizadas por la Convocante, dicho plazo transcurrió a partir de las **16:30 horas del día 20 de agosto de 2025**; señalando las **14:00 horas del día 21 de Agosto de 2025**, para dar contestación por parte de la convocante a las preguntas presentadas por los licitantes.

Quien preside el acto, es asistido por el representante de la Jefatura de Servicios Jurídicos, por el Representante del Área del Órgano Interno de Control, por el representante del Área Técnica Requirente de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley, en correlación con los artículos 2, fracción III y 46 fracción V del Reglamento; así mismo se informa que el Área Contratante, responderá las solicitudes de aclaración de carácter legal y administrativo; todos los nombres y firmas de los funcionarios que participan, constan al final de la presente Acta.

**DESARROLLO DEL ACTO**

Quien preside, informó que con fundamento en el artículo 44 de la Ley, solamente se atenderán las solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de la Plataforma de Compras MX, por si o en representación de un tercero y que se hayan recibido dentro del plazo señalado previo a este acto; es decir de las **16:30 horas del día 20 de agosto de 2025**, a las **14:00 horas del día 21 de Agosto de 2025**.

Vencido el plazo referido anteriormente, se verificó en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, Compras MX, determinándose que **si existen preguntas (repreguntas)** por parte de los licitantes respecto a las aclaraciones realizadas a la Convocatoria, tal como se consta en la pantalla de la Plataforma Compras MX con número de Expediente **E-2025-00057902** número de procedimiento **P-2025-00051562**, que se acompaña a a presente





ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025

Código del expediente: LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025
Número de procedimiento de contestación: LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025
Estatus del procedimiento de contestación: EN ACLARACIONES

Código Interno del procedimiento: P-2025-0003562
Nombre del procedimiento de contestación: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

Licitantes que han presentado preguntas: 0

Formas de envío: Solicitudes de aclaración

Unidades de Aclaraciones del Procedimiento:

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de inicio de aclaraciones: 04/07/2025 10:00
Fecha y hora de cierre de aclaraciones y inicio de Compras MX: 04/07/2025 10:00
Fecha y hora de mensajes: 26/07/2025 14:00

Lista de Preguntas

Table with 7 columns: Num, Usuario, Fecha de recepción, Respuesta, Fecha de respuesta, Respuesta, Acciones. Contains 17 rows of question and answer data.

1. ACLARACIONES/PRECISIONES A LA CONVOCATORIA.

El Área técnica requirente, manifiesta que desea efectuar alguna precisión y/o aclaración general, por lo que, que dado el volumen de la información se adjunta a la letra, como Anexo Número I de la presente acta.

2. CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS (REPREGUNTAS)

Acto seguido, se procedió a la lectura de las preguntas realizadas a las respuestas otorgadas por la Convocante a las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los licitantes, las cuales se contienen en el Anexo número II de la presente acta, de la misma manera se publica en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominado Compras MX, que contiene la respuesta otorgadas por la convocante.



2025 Año de La Mujer Indígena



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley y 46 fracción II del Reglamento, a través de la presente se envían por la Plataforma Compras MX, las respuestas emitidas a las solicitudes de aclaración; así mismo, se informa a los licitantes que se otorga un **plazo de seis (6) horas** contados a partir de la publicación de la presente acta, para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias única y exclusivamente en relación a las precisiones y/o aclaraciones generales del Anexo I. de la presente Acta, con lo cual se garantiza el plazo a que se refiere dicho precepto. Una vez que sean recibidas las preguntas a las precisiones y/o aclaraciones. Se dará a conocer las repuestas a las solicitudes (**repreguntas**), recibidas a las **10:00 horas del 26 de agosto de 2025.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento, que deberá ser considerado por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 50 de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta acta la cual se difundirá un ejemplar de la presente acta en Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominado Compras MX, <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/contrataciones/>, para efectos de su notificación a los licitantes, dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las **15:30 horas** del día **25 de Agosto de 2025**, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta, quienes reciben copia de la misma.

Esta acta consta de **Anexo I,II y III**, con un total de **14 hojas útiles** por ambos lados y **una más** útil por su anverso.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Nombre	Área	Firma
Lic. Nohemi Patricia Rangel Diaz	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento	
C.P. Jorge Luis Pantoja Padilla	Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Ing. Monica Leticia Pacheco Rios	Coordinación Biomédica OOAD	
Ing. Naomi Omayra Acevedo Mancera	Coordinación Biomédica OOAD	





ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025  
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

Nombre	Área	Firma
Lic. Cesar Adan Cordoba Escobedo	Representante de Jefatura Jurídica	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre	Área	Firma
Lic. Guillermina Lizbeth Tapia Ramirez	Representante del Área de Auditoria, Quejas y Responsabilidades	Oficio de Invitación 119001-1501001/ADQ/0614/2025

SIN TEXTO





ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

**CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025**


---

**ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO**

1. ACLARACIONES GENERALES.

Numeral	DICE	DEBE DECIR
1	3.1 Plazo	3.1 Plazo  El plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto será de 60 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al Acto de Fallo.  En Junta de aclaraciones, ID 862022, se otorgó erróneamente respuesta afirmativa a su planteamiento.  SE RATIFICA QUE NO SE OTORGA AMPLICACION EN EL TIEMPO DE ENTREGA, SIENDO ESTE DE 60 DÍAS HABILIS, EN APEGO A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
2	3.5 valuación Técnico – Administrativa  Puntaje de la Evaluación Técnica. (Página 30 de 133 de la convocatoria)  A3. Visita a Instalaciones Institucionales.  “Anexo Técnico 12 Formato de carta relativo a instalación y adecuación de espacios físicos” relativo a la obligación del licitante adjudicado, de realizar los trabajos necesarios de adecuación a las instalaciones de cada unidad médica que corresponda”, según se especifique en el Anexo 1.1 Requisitos para Equipo Médico. a) Con la ausencia de la Carta compromiso (Anexo Técnico 12), se desechará la proposición y no se continúa con la evaluación administrativa, obtendrá Cero general. b) Con el cumplimiento de la Carta compromiso (Anexo Técnico 12), 1 punto.  Nota: La visita a la Unidad Médica es opcional por lo que realizar la visita no otorga puntaje.  De omitir la presentación del Anexo técnico 12, se desecha su propuesta y no se continua con la evaluación administrativa, obtendrá Cero general.  Dicho anexo ya se encuentra en la Plataforma de COMPRAS MX	3.5 valuación Técnico – Administrativa  Puntaje de la Evaluación Técnica. (Página 30 de 133 de la convocatoria)  A3. Visita a Instalaciones Institucionales.  “Anexo Técnico 12 Formato de carta relativo a instalación y adecuación de espacios físicos” relativo a la obligación del licitante adjudicado, de realizar los trabajos necesarios de adecuación a las instalaciones de cada unidad médica que corresponda”, según se especifique en el Anexo 1.1 Requisitos para Equipo Médico. c) Con la ausencia de la Carta compromiso (Anexo Técnico 12), se desechará la proposición y no se continúa con la evaluación administrativa, obtendrá Cero general. d) Con el cumplimiento de la Carta compromiso (Anexo Técnico 12), 1 punto.  Nota: La visita a la Unidad Médica es <b>OPCIONAL</b> por lo que realizar la visita no otorga puntaje.  <b>Con la finalidad de no limitar la libre participación, la realización de las visitas a las instalaciones queda definida como OPCIONAL. En apego al Artículo 40 Parrado V de la LAASSP, para no limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica durante el presente procedimiento de Licitación.</b>





ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025  
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

2. Respuestas a solicitudes de Aclaración.  
ANEXO II.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
85491	GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE SA DE CV	ACLARACIONES JUNTA DE ACLARACIONES	MANIFIESTA LA CONVOCANTE QUE MI REPRESENTADA NO PRESENTO ACLARACIONES PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO INDICANDO 0 PREGUNTAS PRESENTADAS, DEBIDO A QUE NO SE PUEDE COMAPRTIR EL ACUSE COMAPRTO LA CADENA ELECTRONOCA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE SA DE CV DEL FIRMANTE: GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE SA DE CV RFC: GET040202HH1 AL FIRMAR DE MANERA ELECTRÓNICA EL FIRMANTE CONFIRMA HABER REVISADO Y APROBADO LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: LA- 50-GYR-050GYR027-T-115-2025 FIRMA (CADENA DE FIRMA ELECTRÓNICA) TRG85QC98DMNTU6R+17VTRMOA7/KGOJEONP8VZRP84V/OZVRVV/13GX1HUUT3RQ4115JVMKH2JEJLAESZLLOUYSEG7R/RWGB+LLJZTUCDTONXN1CSMDPTJ81X0HPN9LFD/TNF15M ZPG/G2HHJ6Y3HHUFZJFODU9JKCEVZ/ST YX6HTZVUSRY3NEZUN54LFHNFWDWRW60A3TDSLDM5DTUVW NTFSSDEBEL1UXBRZY7H5LF0CROKLIJUN8FM8GFIQBI3GD6 MXJ1G5A6BFV4376ABAGCL15ECDHI+IOHB5VWTF70PNKL1C ND6U8Z7ZHRQJPSRL2DC0YBNFRZ1GCAW==	SE ACLARA AL LICITANTE, QUE LA CONVOCANTE POR ERROR INVOLUNTARIO, EN EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES EN SU PAGINA 3/9 DICE: SOLICITUD DE ACLARACION "NO", NUMERO DE SOLICITUDES "0", EL CUAL BEBE DECIR: SOLICITUD DE ACLARACION "SI", NUMERO DE SOLICITUDES "9", ASIMISMO SE ACLARA QUE DERIVADO DE LA CANTIDAD DE SOLICITUDES DE ACLARACION RECIBIDAS, SE PUBLICO EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX, UN ARCHIVO DENOMINADO RespJAT115.xlsx MISMO QUE CONTIENE LAS RESPUESTAS A SU REPRESENTADA, SIN EMBARGO EN ARAS DE LA TRANSPARENCIA AL FINA DE LA PRESENTE ACTA COMO ANEXO III, SE TRANSCRIBEN LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN JUNTA DE ACLARACIONES A SU REPRESENTADA.
85492	GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE SA DE CV	ACLARACIONES JUNTA DE ACLARACIONES	EN RELACION A LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS LA ACLARACION DE LAS DUDAS PRESENTADAS POR MI REPRESENTADA	EN LA RESPUESTA INMEDIATA ANTERIOR, SE ACLARA Y SE RESPONDE AL LICITANTE SU PETICIÓN.
85583	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	862342	EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA NEGATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS REFERENCIAR DE O PRESENTAR UNA CARTA DEL FABRICANTE QUE EL EQUIPO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO QUE EL SOFTWARE ESTARA EN IDIOMA ESPAÑOL	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. Y EN APEGO AL ARTÍCULO 35 DE LA LAASP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.
85621	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	862340	EN LA VISITA QUE SE REALIZO A LAS INSTALACIONES SE HIZO EL COMENTARIO QUE EL AREA DONDE SE INSTALARIAN LA ESTACION DE ADQUISICION Y POSTPROCESO ESTABA MUY PEQUEÑA POR ESA RAZON MI REPRESENTADA SOLICITO SOLO SE OFERTARA UNA ESTACION DE ADQUISICION DE 24.1 PULGADAS ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR DOS MONITORES	ES CORRECTO, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACION OFERTE DE ESE MODO, YA QUE EL PROPIO NUMERAL VERSA "O MAYOR.". SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
85622	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	862342	DE 24 PULGADAS O MAYOR EN LA ESTACION DE ADQUISICION NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION ES ESTO CORRECTO? SOLICITAMOS QUE SE NOS PERMITA REFERENCIAR SOFTWARE EN ESPAÑOL COMO PROTOCOLOS EN ESPAÑOL EN EL ENTENDIDO QUE MI FABRICANTE USA ESA NOMENCLATURA PARA AFIRMAR QUE EL EQUIPO CUENTA SON SISTEMA Y SOFTWARE EN ESPAÑOLEN ESPAÑOL	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. Y EN APEGO AL ARTÍCULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.
85629	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	862341	ENTENDEMOS QUE EN EL CASO DE OFERTAR PARA LA ESTACION DE ADQUISICION Y ESTACION DE TRABAJO MONITORES DE CARACTERISTICAS SUPERIORES NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION ES ESTO CORRECTO ?	ES CORRECTO NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA
85638	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	862372	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ZOOM DE 16 X CON DESPLIEGUE DE IMAGEN DE 0.5 CABE MENCIONAR QUE ESTE RANGO NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD EN ABSOLUTO EN EL ESTUDIO Y NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA SE ACEPTA	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. Y EN APEGO AL ARTÍCULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.
85641	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	862376	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR ENDONUMINAL CON FRECUENCIA DE 2 -10 MHZ. ESTA DEMOSTRADO QUE CON LA FRECUENCIA DE 10 MHZ SE PUEDEN REALIZAR CUALQUIER TIPO DE ESTUDIOS EN CUALQUIER PACIENTE Y SOBRE TODO PERMITIRIA LA LIBRE PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. Y EN APEGO AL ARTÍCULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.
85643	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	862378	ENTIENDO QUE ALGUNAS MAQUINAS TODAVIA MANEJAN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE CD O DVD SON EMBARGO, EN EL INSTITUTO CUENTA CON SU SISTEMA PACS/RIS PARA ALMACENAR, ADMINISTRAR Y DISTRIBUIR LAS IMAGENES RADIOLOGICAS DE CUALQUIER MODALIDAD INCLUSO EN ALGUNOS PAISES YA ESTA PROHIBIDO EL USO DE CD O DVD POR SU LATO INIDCE DE CONTAMINACION Y EL LARGO TIEMPO PARA DETERIORARSE, POR LO ANTES EXPUESTO LE SOLICITAMOS QUE SE NOS PERMITA OFERTAR ALMACENAMIENTO EN USB Y OFERTAR EN SU CASO CD O DVD INCORPORADO AL EQUIPO SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA ESTO PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION COMO SE LO HAN PERMITIDO A OTRAS EMPRESAS LICITANTES OFERTAR SUS CARACTERISTICAS	DE ACUERDO A SU PLANTEAMIENTO, PUEDE OFERTAR CD O DVD INCORPORADO AL EQUIPO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA., SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.




ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
85646	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	862348	SOLICITAMOS RESPETUASAMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR EL TRANSDUCTOR BIPLANAR MULTIFRECUENCIAS EL CUAL CUMPLE Y SUPERA LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS Y ESTO NO LIMITA EL EQUIPO A LLEVAR A CABO CUALQUIER ESTUDIO DE PROSTATA SE ACEPTA ?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.
85652	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	862367	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR TRANSDUCTOR BIPLANAR TRANSRECTAR Y TRANSVAGINAL CON FRECUENCIAS DE 4-8 MHZ YA QUE CON ESTE TIPO DE TRANSDUCTOR SE PUEDE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE ESTUDIOS SIN NINGUNA LIMITACION SE ACEPTA ?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.
85658	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	862383	SOLICITAMOS SE NOS ACEPTE UNA TOLERANCIA +/- DE 5% EN LA RESOLUCION ESPACIAL YA QUE ESTA PEQUEÑA DIFERENCIA NO LIMITA EN ABSOLUTO LA CALIDAD DIAGNOSTICA DE LOS ESTUDIOS SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA	EL ID AL QUE HACE REFERENCIA NO VERSA EN RELACION CON EL PLANTEAMIENTO, NO ES VIABLE OTORGAR RESPUESTA.
85668	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	862380	COMO SE EXPLICO TECNICAMENTE NUESTRO EQUIPO PUEDE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE ESTUDIOS DE RAYOS X Y FLUOROSCOPICOS SIN NECESIDAD DE UTILIZAR FLUOROSCOPIA CONTINUA LA CUAL TECNICAMENTE Y CLINICAMENTE SE UTILIZA MAS EN ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS POR ENDE NUESTRA TECNOLOGIA ESTA BASADA EN FLUOROSCOPIA PULSADA SIN LIMITAR LA REALIZACION DE NINGUN ESTUDIO SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA Y CON ESTO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACION A NUESTRA REPRESENTADA	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.
85669	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	862381	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR LA ROTACION DEL TUBO DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE NUESTRO FABRICANTE EL CUAL NO LIMITA NINGUN TIPO DE ESTUDIO RADIOLOGICO Y FLUOROSCOPICO Y SI PERMITE LA LIBRE PARTICIPACION TAL Y COMO LO HEMOS VISTO EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES LA CUAL PERMITE ESTA CONVOCANTE ACEPTAR SUS CARACTERISTICAS DE SUS EQUIPOS SIN PONER NINGUNA LIMITACION A LA EMPRESA NUDOMISA SA DE CV Y A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV LAS CUALES ESTA CONVOCANTE ACEPTA TODAS Y CADA UNA DE SUS PREGUNTAS SIN PONER NINGUNA NEGATIVA POR ESTA RAZON SOLICITAMOS SE NOS	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES


CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA

LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el licitante	Respuesta
85670	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	862418	PERMITA OFERTAR NUESTRAS CARACTERISTICAS DE NUESTROS EQUIPOS LOS CUALES SON RECONOCIDOS A NIVEL MUNDIAL. SE ACEPTA ? LA CARACTERISTIA OFERTADA ES UNA RESOLUCION DE 1920 X 1080 HD LO CUAL ES MAYOR A LO SOLICITADO SIN EMBARGO NO S ES IMPOSIBLE REFERENCIAR 530 X 400 PUNTOS SE ACEPTA NOS PERMITA REFERENCIAR ESTA CARACTERISCA	SE ACEPTA, SIN EMBARGO, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA . SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
85678	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	862424	EL MODO BIDIMENSIONAL CON MODO M SE HA DEMOSTRADO QUE FUNCIONA CON EQUIPOS CON CUADROS MAYORES A 800 CUADROS POR SEGUNDO LO CUAL LOS CUADROS POR SEGUNDO ES ALGO QUE NO ES PERCEPTIBLE POR EL OJO HUMANO SIN EMBARGO EXISTEN OTRAS CARACTERISTICAS QUE MEJORAN LA CALIDAD DIAGNOSTICA COMO EL RANGO DINAMICO, CANALES DE PROCESAMIENTO Y LA FRECUENCIA DE LOS TRANSDUCTORES POR ESTA RASON SOLICITAMOS SE NOS CEPTA PODER OFERTAR AL MENOS 880 CUADOR POR SEGUNDO SE ACEPTA	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.
85691	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	842525	SOLICITAMOS RESPETUASAMENTE SE NOS ACEPTE OFERTAR UN PUNTO FOCAL DE AL MENOS 0.7 MM ESTA DIFERENCIA ESMINIMA Y NO TIENE NINGUNA DEFICIENCIA O PONGA EN RIESGO LA CALIDAD DIAGNOSTICA DEL ESTUDIO PERO SI TIENE OTROS BENEFICIOS PARA EL TUBO RAZON POR LA CUAL Y CON LA FINALIDA DE PERMITIR A LA PROVEEDURIA PUEDAN OFERTAR SUS TECNOLOGIA Y ASI EL INSTITUTO TENGA EQUIPOS DE MUY ALTA GAMA TECNOLOGICA SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFFERTAR NUESTRA TECNOLOGIA SE ACEPTA )	NO SE IDENTIFICA EL ID SOBRE EL QUE SUSTENTE SU REPREGUNTA, POR LO QUE NO ES VIABLE OTORGAR RESPUESTA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.
85694	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	PREGUNTA ID 862386 DE LA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV.	LA TECNOLOGÍA QUE PRETENDEMOS OFERTAR ES DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, ENTRE LAS VENTAJAS QUE PROPORCIONA MENCIONAMOS LAS SIGUIENTES. - NO ES NECESARIO REALIZAR ADECUACIONES ESPECIALES, YA QUE EL SISTEMA DE ESCAPE SE ENCUENTRA DENTRO DEL EQUIPO Y NO ES NECESARIO COLOCAR TUBOS PARA LA EXTRACCIÓN DEL VAPOR DE AGUA. - REPRESENTA AHORROS AL NO TENER QUE DAR MANTENIMIENTO A UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN DEL VAPOR.	SE ACEPTA, SIN EMBARGO, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA . SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.




ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA

LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
85802	CYBER ROBOTIC SOLUTIONS SA DE CV	861037. SIEMENS HEALTHCARE	<p>- ES MÁS SEGURO, ESTO CONSIDERANDO QUE LAS SALIDAS DE VAPOR SE REALIZAN MEDIANTE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE O COBRE, LOS CUALES SON CONDUCTORES DE CALOR Y CLARAMENTE REPRESENTAN UN RIESGO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, MIENTRAS QUE NUESTRO SISTEMA SE ENCUENTRA AISLADO DENTRO DEL EQUIPO, EVITANDO ESOS ACCIDENTES.</p> <p>- EL MANTENIMIENTO ES MÁS SIMPLE, EN CASO DE QUE EXISTIERA UNA FUGA NO ES NECESARIO REVISAR GRANDES CANTIDADES DE TUBERÍA.</p> <p>- NUESTRO SISTEMA ENFRÍA LA DESCARGA DE VAPOR, CONVIRTIÉNDOLO EN CONDENSADOS QUE SE ENCONTRARÁN A UNA TEMPERATURA INFERIOR A LOS 60° C. SIENDO FÁCIL Y ADECUADO PARA EL SISTEMA DE DRENAJE HOSPITALARIO. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CONSIDERANDO QUE NUESTRA TECNOLOGIA ES MÁS ECONÓMICA, SIMPLE, EFICIENTE Y SEGURA, SOLICITAMOS NOS SEA ACEPTADO PODER OFERTAR UN SISTEMA CERRADO EL CUAL ENVÍA LOS CONDENSADOS A UN INTERCAMBIADOR DE CALOR, PARA QUE SEAN DESECHADOS EN EL DRENAJE A UNA TEMPERATURA INFERIOR A LOS 60° C. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>1.12 ADITAMENTOS PARA BRAQUITERAPIA</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL CUMPLIR ESTE PUNTO SEA OBLIGATORIO, YA QUE EN UN FUTURO LA UNIDAD MEDICA PUEDE LLEGAR A ADQUIRIR UNA BRAQUITERAPIA Y ESTE ADITAMENTO SOLICITADO ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR UN TRATAMIENTO, EN CASO DE DEJARLO COMO OPCIONAL NO SE LOGRARÁN HACER PROCEDIMIENTOS, POR LO CUAL SOLICITAMOS SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES ORIGINALMENTE REQUERIDAS, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>LA RESPUESTA OTORGADA EN ID 861037, ES EN SENTIDO DE QUE SE PERMITE REFERENCIAR A CADA PROVEEDOR DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA, NO SIENDO OPCIONAL LA OFERTA SOBRE EL NUMERAL O ALGUN OTRO REQUISITO DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES. CADA PROVEEDOR DEBE SUSTENTAR SUS OFERTAS TECNICAS, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
85803	CYBER ROBOTIC SOLUTIONS SA DE CV	861066. SIEMENS HEALTHCARE	<p>PUNTO 1.10.1</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA OBLIGATORIO OFERTAR LOS RANGOS DE FRECUENCIA SOLICITADOS, YA QUE LOS RANGOS REQUERIDOS SON LOS MINIMOS SOLICITADOS Y EL PERMITIR RANGOS MENORES ESTARIA AFECTANDO A CALIDAD DE IMAGEN (VASCULARES).</p>	<p>SE ACEPTA, ES OBLIGATORIO PARA TODO LICITANTE OFERTAR LOS RANGOS DE FRECUENCIA SOLICITADOS, EN LAS CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>




ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
85814	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 863080	LO CUAL SE REFLEJARÍA EN UN POSIBLE MAL DIAGNÓSTICO AL PACIENTE, ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA QUE ESTA CARACTERÍSTICA REPRESENTA UN BENEFICIO PARA LA UNIDAD Y LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.
85815	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 863081	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA YA QUE AL SER LA TEMPERATURA PROVENIENTE DE LA CALDERA CENTRAL, LA TEMPERATURA LA ESTARÁ DANDO LAS INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.
85816	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 863083	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO CENTRAL DEL LAVA CÓMODO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.
85817	NUDOMI SA DE CV	ID 862119 DEL LICITANTE NUDOMI SA DE CV	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE PUNTO. 2.3 UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE UPS, DE AL MENOS 20 MINUTOS A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO Y EL EQUIPO DE CÓMPUTO (INCLUIR MARCA Y MODELO). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN UPS DE 10 MIN DE RESPALDO, YA QUE ES EL TIEMPO EN EL QUE SE TERMINA UN ESTUDIO Y SE PROTEGE EL EQUIPO AL TRABAJAR EL MENOR TIEMPO POSIBLE CON LA UNIDAD DE RESPALDO, SIENDO UN ELEMENTO DE EMERGENCIA Y NO PARA USO CONTINUO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.
85818	NUDOMI SA DE CV	ID 862088 DE LA PREGUNTA REALIZADA POR LA EMPRESA CYBER ROBOTIC SOLUTIONS SA DE CV DURANTE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES.	"PUNTO 1.23 FUSIÓN DE IMÁGENES EN FORMATO DICOM CON TC Y RM SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES POSIBLE OFERTAR ESTA FUNCIÓN COMO CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO, YA QUE EN EL EQUIPO OFERTADO LA FUSIÓN DE IMÁGENES ESTA LIGADA AL HARDWARE Y SOFTWARE DE LA NAVEGACIÓN VIRTUAL DEL PUNTO 1.24. ¿SE ACEPTA?"	NO SE ACEPTA, NO ES A FUTURO EL REQUISITO, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.
85819	NUDOMI SA DE CV	ID 862090	"PUNTO 1.23 FUSIÓN DE IMÁGENES EN FORMATO DICOM CON	NO SE ACEPTA, NO ES A FUTURO EL REQUISITO, DEBE CUMPLIR




ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO


ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
85820	NUDOMI SA DE CV	DE LA PREGUNTA REALIZADA POR LA EMPRESA CYBER ROBOTIC SOLUTIONS SA DE CV DURANTE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES.	<p>TC Y RM SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES POSIBLE OFERTAR ESTA FUNCIÓN COMO CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO, YA QUE EN EL EQUIPO OFERTADO LA FUSIÓN DE LA IMAGENES ESTA LIGADA AL HARDWARE Y SOFTWARE DE LA NAVEGACIÓN VIRTUAL DEL PUNTO 1.24. ¿SE ACEPTA?</p> <p>PUNTO 2.1.3.2 EN CASO DE QUE SE REQUIERA SOLAMENTE UNA ESTACIÓN DE POSTPROCESO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR LA RESOLUCIÓN DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON UNA ALTA RESOLUCIÓN CON CALIDAD DIAGNÓSTICA. NUESTRA TECNOLOGÍA CUENTA CON UNA PANTALLA 21.3 " LCD DE ALTA RESOLUCIÓN, DICOM CALIBRADA DE 1600 X 1200 PÍXELES PARA UNA ILUMINANCIA AMBIENTAL EN LA SALA DE 0 A 1000 LUXES Y UN PIXEL PITCH DE 0.270 MM. POR LO TANTO, CONSIDERAMOS SE DA CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DE RESOLUCIÓN NECESARIA PARA OBTENER UN DIAGNÓSTICO PRECISO EN LA EVALUACIÓN DE LA IMAGEN MÉDICA. ¿ES ACEPTABLE NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>PUNTO 2.1. ENTENDEMOS ESTE NUMERAL. HACE REFERENCIA A SOLAMENTE UNA ESTACIÓN DE POSTPROCESO QUE CONTENGA TODAS LAS HERRAMIENTAS DE POST PROCESAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN?</p> <p>PUNTO 2.1.2 PARA LA ESTACIÓN DE POSTPROCESO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR LA RESOLUCIÓN DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON UNA ALTA RESOLUCIÓN CON CALIDAD DIAGNÓSTICA. NUESTRA TECNOLOGÍA CUENTA CON UNA PANTALLA 21.3 " LCD DE ALTA RESOLUCIÓN, DICOM CALIBRADA DE 1600 X 1200 PÍXELES PARA UNA ILUMINANCIA AMBIENTAL EN LA SALA DE 0 A 500 CD/M<sup>2</sup>. POR LO TANTO, SE DA CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DE RESOLUCIÓN NECESARIA PARA OBTENER UN DIAGNÓSTICO PRECISO EN LA EVALUACIÓN DE LA IMAGEN MÉDICA. ¿ES ACEPTABLE</p>	<p>CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.</p> <p>SE ACEPTA, SIN EMBARGO, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
85821	NUDOMI SA DE CV	ID 862295 DEL LICITANTE NUDOMI SA DE CV		<p>ES CORRECTO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
85822	NUDOMI SA DE CV	ID 862309 DEL LICITANTE NUDOMI SA DE CV		<p>SE ACEPTA, SIN EMBARGO, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025  
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
85823	NUDOMI SA DE CV	ID 862093 DE LA PREGUNTA REALIZADA POR CYBER ROBOTIC SOLUTION SA DE CV.	NUESTRA PROPUESTA? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES POSIBLE OFERTAR ESTA FUNCION COMO CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO, YA QUE EN EL EQUIPO OFERTADO LA FUSION DE IMAGENES ESTA LIGADA AL HARDWARE Y SOFTWARE DE LA NAVEGACION VIRTUAL DEL PUNTO 1.24 Y BASTARÁ CON DEMOSTRARSE EN CATALOGOS Y MANUALES. ¿SE ACEPTA?*	NO SE ACEPTA, NO ES A FUTURO EL REQUISITO, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.
85824	NUDOMI SA DE CV	ID 862094 DE LA PREGUNTA REALIZADA POR CYBER ROBOTIC SOLUTION SA DE CV DURANTE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES.	ENTENDEMOS QUE AL SER UNA CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO A FUTURO, SE DEBERÁ OFERTAR UN EQUIPO CON LA CAPACIDAD DE ACTUALIZARSE EN EL FUTURO EN HARDWARE Y SOFTWARE NECESARIOS PARA REALIZAR LA NAVEGACION VIRTUAL Y BASTARÁ CON DEMOSTRARSE EN CATALOGOS Y MANUALES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?*	NO SE ACEPTA, NO ES A FUTURO EL REQUISITO, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.
85825	NUDOMI SA DE CV	ID 862088 DE LA PREGUNTA REALIZADA POR CYBER ROBOTIC SOLUTION SA DE CV.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES POSIBLE OFERTAR ESTA FUNCION COMO CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO, YA QUE EN EL EQUIPO OFERTADO LA FUSION DE IMAGENES ESTA LIGADA AL HARDWARE Y SOFTWARE DE LA NAVEGACION VIRTUAL DEL PUNTO 1.24 Y BASTARÁ CON DEMOSTRARSE EN CATALOGOS Y MANUALES. ¿SE ACEPTA?*	NO SE ACEPTA, NO ES A FUTURO EL REQUISITO, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.
85826	NUDOMI SA DE CV	ID 862089 DE LA PREGUNTA REALIZADA POR CYBER ROBOTIC SOLUTION SA DE CV DURANTE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES.	ENTENDEMOS QUE AL SER UNA CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO A FUTURO, SE DEBERÁ OFERTAR UN EQUIPO CON LA CAPACIDAD DE ACTUALIZARSE EN EL FUTURO EN HARDWARE Y SOFTWARE NECESARIOS PARA REALIZAR LA NAVEGACION VIRTUAL Y BASTARÁ CON DEMOSTRARSE EN CATALOGOS Y MANUALES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?*	NO SE ACEPTA, NO ES A FUTURO EL REQUISITO, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.
85827	NUDOMI SA DE CV	ID 862095 DE LA PREGUNTA REALIZADA POR CYBER ROBOTIC SOLUTIONS SA DE CV DURANTE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES.	ENTENDEMOS QUE BASTARÁ CON OFERTAR UN TRANSDUCTOR SECTORIAL DE 1 MHZ A 5 MHZ O UN APLICACION DE DOPPLER TRANSRANEAL USADO PARA EXPLORACIÓN TRANSFONTANELAR.¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?*	NO SE ACEPTA, NO ES A FUTURO EL REQUISITO, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.
85828	NUDOMI SA DE CV	ID 860637 DE LA PREGUNTA REALIZADA POR	DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA REFERENCIAR TEXTUALMENTE ESTE PUNTO.	SE ACEPTA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA . SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
85829	NUDOMI SA DE CV	LA EMPRESA DIM TECNOLOGIA MEDICA EN INTERPRETACION SA DE CV DURANTE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "4,718,592 CANALES TOTALMENTE DIGITALES". ¿SE ACEPTA?	EL HOSPITAL CUENTA CON ESPACIO PARA PROVEER ALIMENTACION ELECTRICA PARA FINES DE CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 40M (CABLEADO), LAS ADECUACIONES SE REALIZARAN EN APEGO A LA GUIA MECANICA DEL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO.
85830	NUDOMI SA DE CV	ID 862114 DEL LICITANTE NUDOMI SA DE CV	PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y TEMPERATURA ADECUADA DEL EQUIPO SE REQUIERE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE MANERA EXCLUSIVA, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI EL HOSPITAL CUENTA CON EL ESPACIO PARA PROVEER UNA ALIMENTACIÓN A 220V DE 2 O 3 F PARA LA CONEXION Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE ESTOS EQUIPOS? FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTO, LOS ACABADOS DE PISO SE COORDINARAN CON LA OBRA DEL IMSS TODA VEZ SE HAYA CONCLUIDO EN APEGO A LA GUIA MECANICA DEL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO.
85831	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	857017 ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S. A.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE RECONSIDEREN SU RESPUESTA Y PERMITAN OFERTAR UNA SILLA PARA MAMOGRAFIA/BIOPSIA/ESTEROTAXIA CON AJUSTE DE ALTURA ELÉCTRICO POR BATERÍA QUE PERMITE COLOCAR AL PACIENTE EN MÚLTIPLES POSICIONES COMO LATERAL, RESPALDO EN POSICIÓN VERTICAL, POSICIÓN DE BIOPSIA Y MUCHAS POSICIONES MÁS ¿ SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SE LE OTORGO RESPUESTA NEGATIVA YA QUE ESTA REFERIDO EN EL PLANTEAMIENTO COMO "POR TEMAS DE LITERATURA EN NUESTROS CATALOGOS Y FOLLETOS", LO CUAL DISTA MUCHO DE QUE SE TRATE DE LA TECNOLOGIA A OFERTAR. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE PERMITIR IGUALDAD DE CONDICIONES.
85832	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	857019 ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S. A.	CONSIDERANDO QUE LOS DVD SOLICITADOS EN EL NUMERAL 3.1 DE LA PARTIDA 2 SON CONSUMIBLES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO PERO EN EL ANEXO TÉCNICO 1 NO SE SOLICITA MARCA Y/O MODELO, NO SERÁ NECESARIO REFERENCIARLOS EN EL "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014. ¿ES CORRECTO? EN CASO DE QUE LA	ES CORRECTO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025  
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
85833	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	860716/ SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	<p>RESPUESTA SEA NEGATIVA ENTENDEMOS QUE SE REFERENCIARAN BAJO EL RUBRO 494 CD, YA QUE NO VIENE EXPLICITAMENTE EL DVD, ¿ES CORRECTO?</p> <p>ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 4. 4. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTRO, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR:</p> <p>PARA EL EQUIPO PRINCIPAL Y PARA LOS ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES QUE EN EL ANEXO TÉCNICO 1 SE HAYA SOLICITADO MARCA Y MODELO Y REQUIERAN REGISTRO SANITARIO SE DEBEN ENTREGAR 3 DOCUMENTOS : 1) REGISTRO SANITARIO, 2) CERTIFICADO ISO 13485 Y 3) CERTIFICADO DE PRODUCTOS SANITARIOS GESTIÓN DE LA CALIDAD O NORMA INDUSTRIAL DE JAPÓN (JIS) O PROGRAMA DE AUDITORÍA ÚNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (MDSAP) O FDA O CARTA DE LIBRE VENTA DEL PAIS DE ORIGEN.</p> <p>Y PARA LOS ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES QUE EN EL ANEXO TÉCNICO 1 SE HAYA SOLICITADO MARCA Y MODELO QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO EL "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014, DEBIDAMENTE REFERENCIADO ¿ES CORRECTO?</p> <p>EN CASO DE NO SER CORRECTO FAVOR DE ACLARAR QUÉ DOCUMENTOS REQUIERE EL EQUIPO PRINCIPAL Y QUÉ DOCUMENTOS LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES</p>	<p>TODO LICITANTE DEBE CUMPLIR CON LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PAGINAS 38 Y 39 DE 133. ASIMISMO, RESPECTO A BIENES OFERTADOS, DE ORIGEN NACIONAL O INTERNACIONAL, QUE ESTEN INTEGRADOS POR UNO O VARIOS EQUIPOS, COMPONENTES Y/O ACCESORIO(S), CUYA MARCA Y/O MODELO HAYA SIDO REQUERIDO SER INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO 1 "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS", EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL INCISO D) "LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN A CONTRATAR", ESTO ES, EL REGISTRO SANITARIO QUE AVALE(N) A LOS EQUIPOS ADICIONALES Y/O ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LGS (LEY GENERAL DE SALUD) Y EL REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD; Y LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD QUE AVALEN QUE LOS EQUIPOS ADICIONALES Y/O ACCESORIO(S) Y/O CONSUMIBLE(S) CUENTAN CON UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, ACORDE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1, 2 Y 3 DEL PRESENTE INCISO D) "LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR".</p>
85834	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	860747 SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	<p>EL PUNTO 1.5 SE PIDE MAGNIFICADOR DIGITAL Y/O GEOMÉTRICO EN EL RANGO DE 1.5X A 1.8X. NO AMBOS , POR LO QUE ENTENDEMOS QUE SI EL LICITANTE QUE HIZO LA</p>	<p>ES CORRECTO. SU PROPOSTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO


ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
85835	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	PRECISIONES A LA CONVOCATORIA NUMERAL 9	PREGUNTA QUIERE OFERTAR AMBOS PUEDE HACERLO PERO NO ES OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, ¿ES CORRECTO? SOLICITAMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO BASTARA CON CITAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA EN LA SECCIÓN DE INSTALACIÓN DE CADA PARTIDA QUE SE INCLUYE EL AIRE ACONDICIONADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN EMBARGO, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
85836	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	857027 ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S. A.	DADO QUE SE CAMBIO EN NUMERO DE PARTIDA PARA EL ARCO EN C LA PREGUNTA ORIGINAL SE PLANTEO COMO 11 PERO NOS REFERIMOS A LA PARTIDA 5 FAVOR DE ACLARAR QUE EN CASO DE OFERTAR UN CD-R O DVD O USB CUALQUIERA DE ESTOS DEBERÁN ESTAR INTEGRADOS EN EL EQUIPO O A LA CONSOLA MÓVIL. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
85843	MEDICA LUTESA SA DE CV	862043	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA A MEDICA LUTESA SA DE CV, CON ID: 862043. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR COMO REQUISITO TÉCNICO QUE LOS LICITANTES OFERTEN EQUIPOS CON TECNOLOGÍAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN EN ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES EN TOMOGRAFÍA, ESPECÍFICAMENTE AQUELLOS QUE PERMITAN TRABAJAR CON MATRICES DE RESOLUCIÓN DEL CUADRUPLÉ DE RESOLUCIÓN 1024 X 1024, APROVECHANDO ALGORITMOS DE APRENDIZAJE PROFUNDO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. ESTAS TECNOLOGÍAS GARANTIZAN DIAGNÓSTICOS MÁS RÁPIDOS, PRECISOS, DE MAYOR CALIDAD DE IMAGEN, PRACTICIDAD DEL USUARIO PARA LA UNIDAD HOSPITALARIA, OPTIMIZANDO TIEMPOS DE ESTUDIO Y MEJORANDO LA ATENCIÓN AL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA. SIN EMBARGO, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE PERMITIR IGUALDAD DE CONDICIONES.
85844	CYBER ROBOTIC SOLUTIONS SA DE CV	862180, NIUDOMI SA DE CV	PUNTO 2.1 ENTENDEMOS QUE ESTE ULTRASONIDO POR LA NATURALEZA DE SU CONFIGURACIÓN IRÁ INSTALADO DENTRO DE UN QUIROFANO, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CONSIDERE COMO OBLIGATORIO EL OFERTAR ADEMAS DEL UPS SOLICITADO, UN BANCO DE BATERÍAS INTERNA CON DURACIÓN DE UNA HORA PARA QUE LA MOVILIDAD DEL ULTRASONIDO NO SE VEA LIMITADA POR	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025  
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
85845	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA CON ID 861075 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 5, PUNTO 1.1.3	MOVER TAMBIÉN UN UPS, ENTENDIENDO QUE EL ESPACIO EN QUIROFANO ES LIMITADO Y ES RECOMENDABLE NO TENER CABLES CONECTADOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, ¿SE ACEPTA LA SOLICITUD? DADA LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE SOLICITAMOS RECONSIDERE SU RESPUESTA YA QUE EL RANGO SOLICITADO (3 MA O MENOR A 119 MA O MAYOR) RESULTA CLÍNICAMENTE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL ARCO EN C, PERMITIENDO UNA BUENA CALIDAD DE IMAGEN EN PROCEDIMIENTOS HABITUALES, AL TIEMPO QUE SE OPTIMIZA LA DOSIS AL PACIENTE. ESTE RANGO CUBRE EFICAZMENTE LAS NECESIDADES OPERATIVAS SIN COMPROMETER EL DESEMPEÑO CLÍNICO. ¿SE ACEPTA OFERTAR EL RANGO SOLICITADO?	NO SE ACEPTA, YA QUE POR SU PLANTEAMIENTO SE APRECIA QUE NO CUMPLE CON EL RANGO DEFINIDO EN EL NUMERAL 1.1.3 DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL IMSS, Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.
85846	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA CON ID 861088 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 5, PUNTO PUNTO 1.8	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA YA QUE SE TRATA SOLO DE TEMAS DE NOMENCLATURA QUE APARECE EN NUESTROS MANUALES, FOLLETOS Y/O CATALOGOS DE ESTA FORMA, CUMPLIENDO CON EL RANGO SOLICITADO Y LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA. ¿SE ACEPTA? SABEMOS QUE LA CONVOCANTE FOMENTA LA LIBRE, JUSTA Y TRANSPARENTE COMPETENCIA POR LO CUAL SOLICITAMOS RECONSIDERE SU RESPUESTA Y PERMITA OFERTAR MONITORES DE LA MARCA EIZO YA QUE ESTA MARCA ES ESPECIALIZADA EN BRINDAR MONITORES DE GRADO MÉDICO CUMPLIENDO CON LOS ALTOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LOS CAMPOS DE DIAGNÓSTICO Y REVISIÓN MÉDICA, ASÍ MISMO CUMPLEN CON LOS MAS ESTRUCTOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD MÉDICA, ADEMÁS ADMITEN CALIBRACIÓN UTILIZANDO EL ESTÁNDAR DICOM, POR LO CUAL NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NI LA GARANTÍA DE LOS COMPONENTES. ESTO NO IMPLICA MODIFICACIONES AL PUNTO DESCRITO EN LA PRESENTE CEDULA, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITAN REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "COMBINACIÓN ANODO-FILTRO: W/RH"	SE ACEPTA, SIN EMBARGO SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE PERMITIR IGUALDAD DE CONDICIONES.
85847	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA CON ID 861090 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV, PARTIDA 5, PUNTO PUNTO 1.10.1		NO SE ACEPTA, YA QUE POR SU PLANTEAMIENTO SE APRECIA QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE LA CEDULA DEFINIDO EN EL NUMERAL 1.10.1 " INCLUIR MARCA Y MODELO CORRESPONDIENTE A LA MARCA DEL EQUIPO PRINCIPAL)" DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL IMSS, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.
85848	SIEMENS HEALTHCARE	PREGUNTA 860975 DE LA EMPRESA SIEMENS		NO SE ACEPTA, YA QUE POR SU PLANTEAMIENTO SE APRECIA QUE NO CUMPLE CON ALGUNA DE LAS OPCIONES QUE SE




ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
	DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	HACIENDO REFERENCIA A UN FILTRO DE RHODIO. ¿SE ACEPTA?	INDICAN EN EL NUMERAL 1.2.2 DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, EL RHODIO POR SI SOLO NO ESTA DEFINIDO COMO OPCION. DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL IMSS. Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRAN SER NEGOCIADAS.
85849	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA 860978 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y QUE NOS PERMITA REFERENCIAR "RESOLUCION ESPACIAL MAYOR A 5.8 LP/MM" LO CUAL CUMPLE LO SOLICITADO. ESTO DEBIDO A QUE NUESTRA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA MANEJA UN MISMO VALOR TANTO PARA 2D COMO PARA 3D (CRECIMIENTO A 3D). ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA. EN SU ANTERIOR PLANTEAMIENTO NO INCLUIA NINGUN VALOR PARA CONSIDERAR POR LA CONVOCANTE, SIN EMBARGO SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE PERMITIR IGUALDAD DE CONDICIONES.
85850	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA 861009 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA YA QUE NUESTRA PROPUESTA SE TRATA DE UNA MEJORA TECNOLÓGICA YA QUE UNA FLUOROSCOPIA PULSADA DE ALTA FRECUENCIA DE CUADRO A 30 P/S ES CONTINUA AL OJO HUMANO Y A SU VEZ PERMITE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LA DOSIS AL PACIENTE Y EL DESGASTE DEL TUBO EN COMPARACIÓN CON LA FLUOROSCOPIA CONTINUA TRADICIONAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA. SIN EMBARGO, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE PERMITIR IGUALDAD DE CONDICIONES.
85851	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA 861013 DE LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	POR TEMAS DE REFERENCIACIÓN TEXTUAL SOLICITAMOS NOS PERMITAN REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "COBERTURA DEL PACIENTE SIN TUBO BASCULANTE. 201 CM" LO CUAL CUMPLE LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA. SIN EMBARGO, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE PERMITIR IGUALDAD DE CONDICIONES.
85852	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	861068 DEL LICITANTE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	SE LE PIDE AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO CON APLICACIONES GINECO-OBSTÉTRICAS CON RANGO DE 2.9-8.1 MHZ CAMPO DE VISIÓN DE 176 GRADOS. YA QUE SE NECESITAN BAJAS FRECUENCIAS PARA LA DEMOGRAFÍA LATINA QUE REQUIERE MAYOR PROFUNDIDAD DE HASTA 14 CM. SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. YA QUE POR SU PLANTEAMIENTO NO SE APRECIA QUE CUMPLA CON EL REQUISITO DE "FRECUENCIAS ARMÓNICAS", CARACTERÍSTICA INDISPENSABLE Y DE ACUERDO CON EL NUMERAL 1.30.3 DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL IMSS. Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRAN SER NEGOCIADAS.




ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
85853	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	861067 DEL LICITANTE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	SE LE PIDE AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO CON APLICACIONES GINECO-OBSTÉTRICAS CON RANGO DE 2.7-9.9 MHZ CAMPO DE VISIÓN DE 160 GRADOS Y DE CRISTAL ÚNICO PARA MEJOR RESOLUCIÓN EN LA IMAGEN GINECO-OBSTÉTRICA. DEBIDO A QUE LA PROFUNDIDAD DEL TRANSDUCTOR ES DE 16 CM Y CON CRISTAL ÚNICO LOS 5° NO SON NECESARIOS PARA OBTENER UNA BUENA IMAGEN IMAGEN. SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, YA QUE POR SU PLANTEAMIENTO NO SE APRECIA QUE CUMPLA CON EL REQUISITO DE "FRECUENCIAS ARMÓNICAS", CARACTERÍSTICA INDISPENSABLE Y DE ACUERDO CON EL NUMERAL 1.30.3 DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS. Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.
85854	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	857004 DEL LICITANTE ELECTRONICA Y MEDICINA SA	ENTENDEMOS QUE EL PRESENTAR MÁS DE 6 CONTRATOS CON EL FIN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS NUMERALES REFERENTES A LA EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE MI PROPUESTA Y SE PUEDEN PRESENTAR MÁS DE 6 DOCUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE TODAS LAS PARTIDAS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
85875	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	ID PREGUNTA 860988 DE MI REPRESENTADA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA YA QUE EN LA VISITA A INSTALACIONES NOS COMENTÓ EL PERSONAL DEL IMSS QUE NOS RECIBIÓ QUE PODRÍAMOS SOLICITAR LOS PLANOS DEL ÁREA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, ESTO CON LA INTENCIÓN DE PODER GENERAR UNA GUÍA MECÁNICA DEL ÁREA PARA EL EQUIPO EN CASO DE SER ADJUDICADOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EN CASO DE QUEDAR ADJUDICADO SE FACILITARÁN LOS PLANOS Y/O ACCESO A LA OBRA PARA PREPARAR LA GUÍA MECÁNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
85876	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	ID PREGUNTA 860990 DE MI REPRESENTADA	ENTENDEMOS QUE SI EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN SOLICITAN UN EQUIPO A 220 V SE CONTARÁ CON ESTE VOLTAJE PARA LA ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE OTORGO LA INFORMACIÓN DE LAS CAPACIDADES ELÉCTRICAS CON LAS QUE SE CUENTA PARA ESTA PARTIDA, LA CÉDULA EN EL NUMERAL 4.1 VERSA: "120-220 V", SIN EMBARGO QUEDO ACOTADO A LOS LICITANTES LA CAPACIDAD ELÉCTRICA REAL QUE SE ENCUENTRA EN EL RANGO INDICADO EN CÉDULA. POR LO QUE DEBERÁ OFERTAR EQUIPO CON ESTA NECESIDAD ELÉCTRICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
85877	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	ID PREGUNTA 860994 DE MI REPRESENTADA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON	NO SE ACEPTA, YA QUE POR SU PLANTEAMIENTO SE APRECIA QUE EL TAMAÑO DE LA PANTALLA EN MENOR A LO SOLICITADO



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
85878	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	ID PREGUNTA 860995 DE MI REPRESENTADA	PANTALLA DE 7" CON TODO Y MARCO Y EL ÁREA FUNCIONAL DE 5.7" CONSIDERANDO QUE ESTA PANTALLA ES MUY INTUITIVA Y DE FÁCIL MANEJO PARA EL USUARIO, ADEMÁS EL EQUIPO CUENTA CON UN FORNTAL RETROILUMINADO EL CUAL INDICA AL USUARIO CUANDO EL EQUIPO SE ENCUETRA TRABAJANDO, CUANDO HAY ALGUNA ADVERTENCIA Y CUANDO HAY ALGUNA FALLA EN EL PROCESO, LO CUAL SE PUEDE HACER A DISTANCIA SIN NECESIDAD DE ESTAR FRENTE AL EQUIPO Y ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS DE NUEVA GENERACIÓN NO REQUIEREN DE UN ESCAPE ATMOSFÉRICO, LO CUAL REPRESENTA UNA MEJORA TECNOLÓGICA Y UN AHORRO AL INSTITUTO AL NO REQUERIR ADECUACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE UN ESCAPE ATMOSFÉRICO Y ESTO PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON PANTALLA DE 7" CON TODO Y MARCO Y EL ÁREA FUNCIONAL DE 5.7", CONSIDERANDO QUE ESTA PANTALLA ES MUY INTUITIVA Y DE FÁCIL MANEJO PARA EL USUARIO, ADEMÁS EL EQUIPO CUENTA CON UN FORNTAL RETROILUMINADO EL CUAL INDICA AL USUARIO CUANDO EL EQUIPO SE ENCUETRA TRABAJANDO, CUANDO HAY ALGUNA ADVERTENCIA Y CUANDO HAY ALGUNA FALLA EN EL PROCESO, LO CUAL SE PUEDE HACER A DISTANCIA SIN NECESIDAD DE ESTAR FRENTE AL EQUIPO Y ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA?	EN EL NUMERAL 1.13 DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL IMSS. Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION NO PODRAN SER NEGOCIADAS.
85879	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	ID PREGUNTA 861002 DE MI REPRESENTADA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS DE NUEVA GENERACIÓN NO REQUIEREN DE UN ESCAPE ATMOSFÉRICO, LO CUAL REPRESENTA UNA MEJORA TECNOLÓGICA Y UN AHORRO AL INSTITUTO AL NO REQUERIR ADECUACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE UN ESCAPE ATMOSFÉRICO Y ESTO PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON PANTALLA DE 7" CON TODO Y MARCO Y EL ÁREA FUNCIONAL DE 5.7", CONSIDERANDO QUE ESTA PANTALLA ES MUY INTUITIVA Y DE FÁCIL MANEJO PARA EL USUARIO, ADEMÁS EL EQUIPO CUENTA CON UN FORNTAL RETROILUMINADO EL CUAL INDICA AL USUARIO CUANDO EL EQUIPO SE ENCUETRA TRABAJANDO, CUANDO HAY ALGUNA ADVERTENCIA Y CUANDO HAY ALGUNA FALLA EN EL PROCESO, LO CUAL SE PUEDE HACER A DISTANCIA SIN NECESIDAD DE ESTAR FRENTE AL EQUIPO Y ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN EMBARGO, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE PERMITIR IGUALDAD DE CONDICIONES.
85880	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	ID PREGUNTA 861103 DE MI REPRESENTADA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS DE NUEVA GENERACIÓN NO REQUIEREN DE UN ESCAPE ATMOSFÉRICO, LO CUAL REPRESENTA UNA MEJORA TECNOLÓGICA Y UN AHORRO AL INSTITUTO AL NO REQUERIR ADECUACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE UN ESCAPE ATMOSFÉRICO Y ESTO PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA? CON RESPECTO INCISO 3 CONSUMIBLES, SUBINCISO 3.2,	NO SE ACEPTA, YA QUE POR SU PLANTEAMIENTO SE APRECIA QUE EL TAMAÑO DE LA PANTALLA EN MENOR A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.13 DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL IMSS. Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.
85882	JUAMA SA DE CV	860778		SE ACEPTA, SIN EMBARGO, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE PERMITIR IGUALDAD DE CONDICIONES.
				NO ES CORRECTO, ESTA ESPECIFICADO QUE SE TRATA DE 100




ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
85892	FEHLMEX SA DE CV	862384DE LICITANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV.	<p>DONDE SE SOLICITAN AL MENOS 100 PIEZAS DE JERINGAS Y/O CONSUMIBLES. SE ENTIENDE QUE SE DEBE OFERTAR LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE 100 PACIENTES EN EL CASO DE LAS TECNOLOGÍAS QUE CUENTAN CON KITS MULTIPACIENTES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> <p>PARTIDA: PARTIDA 12: ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. (MEDIANO CON CAPACIDAD UTIL DE 280 A 350 LITROS). PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA AL LICITANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV. CADA LICITANTE PUEDE OFERTAR LA TECNOLOGÍA DE APERTURA DE PUERTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 1.4. PUERTA DE APERTURA DESLIZABLE CON CIERRE AUTOMÁTICO. (INDICAR EL TIPO DE APERTURA DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA). FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>PIEZAS DE ACUERDO CON EL NUMERAL 3.2 DE LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL IMSS. Y EN APEGO AL ARTICULO 35 DE LA LAASSP, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.</p> <p>SE ACLARA QUE SE OTORGA LA RESPUESTA DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
85893	FEHLMEX SA DE CV	862389 DE LICITANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV.	<p>PARTIDA: 13: ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. (MEDIANO CON CAPACIDAD UTIL DE 280 A 350 LITROS, CON DOS PUERTAS ANTERIORES Y POSTERIOR). PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA AL LICITANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV. CADA LICITANTE PUEDE OFERTAR LA TECNOLOGÍA DE APERTURA DE PUERTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 1.4. PUERTA DE APERTURA DESLIZABLE CON CIERRE AUTOMÁTICO. (INDICAR EL TIPO DE APERTURA DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA). FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>SE ACLARA QUE SE OTORGA LA RESPUESTA DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
85896	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV	862658	<p>ENTENDEMOS QUE NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL OFERTAR UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE MINIMO 5 AÑOS POR MEDIO DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD. YA QUE SUPERA LO SOLICITADO, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>ES CORRECTO EN EL SENTIDO DE QUE LOS 5 AÑOS QUE SE PLANTEAN Y EN UNIDAD DE MEDIDA TIEMPO APARENTEMENTE ES MAYOR QUE LOS ULTIMOS 80 CICLOS QUE SE SOLICITAN, SIN EMBARGO SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE PERMITIR IGUALDAD DE CONDICIONES.</p>




ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
85897	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV	862663	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN CASO DE REQUERIR REALIZAR REGISTRO NOS INDIQUEN LAS MEDIDAS QUE TENDRIAMOS PERMITIDO REALIZAR REGISTRO EN EL AREA. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE DESCONOCEMOS POR EJEMPLO SI HAY CONSTRUCCION ABAJO, FAVOR DE ACALRAR	SE ACLARA QUE EXISTE LIBERTAD EN ESTAS MEDIDAS, SERÁN DE ACUERDO A LA GUIA MECANICA DEL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO.
85922	FEHLMEX SA DE CV	860994 DE LICITANTE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	PARTIDA: PARTIDA 12: ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. (MEDIANO CON CAPACIDAD UTIL DE 280 A 350 LITROS). PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL TIPO DE TECNOLOGÍA CON EL QUE DEBE CONTAR LA PANTALLA SIEMPRE Y CUANDO SEA SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN PARA DAR CUMPLIMIENTO EL PUNTO 1.13 PANTALLA A COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA QUE SE REQUIERE TECNOLOGIA SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
85923	FEHLMEX SA DE CV	861002 DE LICITANTE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV.	PARTIDA: PARTIDA 13: ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. (MEDIANO CON CAPACIDAD UTIL DE 280 A 350 LITROS; CON DOS PUERTAS ANTERIORES Y POSTERIOR). PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL TIPO DE TECNOLOGÍA CON EL QUE DEBE CONTAR LA PANTALLA SIEMPRE Y CUANDO SEA SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN PARA DAR CUMPLIMIENTO EL PUNTO 1.13 PANTALLA A COLOR SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA QUE SE REQUIERE TECNOLOGIA SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN DE 7" COMO MÍNIMO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
85924	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	DE ACUERDO A LA RESPUESTA AL ID 860989, ABSTEN DIAGNOSTIK SA TECNICO.	PUNTO: DE ACUERDO A LA RESPUESTA AL ID 860989, ABSTEN DIAGNOSTIK SA TÉCNICO.	SE ACLARA QUE NO EXISTEN REGISTROS A MENOS DE 15 METROS POR ESTA SITUACIÓN EL DRENAJE ES COMPARTIDO.
85925	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA	DE ACUERDO A LA RESPUESTA AL ID 860989, ABSTEN DIAGNOSTIK SA	PARTIDA 12 Y 13 PUNTO: DE ACUERDO A LA RESPUESTA AL ID 860989, ABSTEN	SE ACLARA QUE EXISTE LIBERTAD EN ESTAS MEDIDAS, SERÁN DE ACUERDO A LA GUIA MECANICA DEL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO.



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025  
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
	DE CV	TÉCNICO.	DIAGNOSTIK SA TÉCNICO.	
85926	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA AL ID 860993, ABSTEN DIAGNOSTIK SA TÉCNICO.	PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA TUBERÍA EXISTENTE ES MAYOR A 3 PULGADAS. PARTIDA 12 Y 13 PUNTO: DE ACUERDO A LA RESPUESTA AL ID 860993, ABSTEN DIAGNOSTIK SA TÉCNICO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI EXISTE UN REGISTRO DE TABLERO ELÉCTRICO BIFÁSICO A NO MÁS DE 15 METROS CON CAPACIDAD DE PODER SOPORTAR UNA CARGA DE 75 AMPERE. PARTIDA 12	EL TABLERO SE ENCUENTRA A PIE DE SALA NO A 15 METROS, COMO SE HIZO MENCION EN LA RESPUESTA OTORGADA. LA PARTIDA 12: CONTARÁ DENTRO DEL ÁREA CON UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1F, 127 V DE 1P-15A. LA PARTIDA 13: CONTARÁ DENTRO DE LAS ÁREAS DE INSTALACIÓN CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3F, 220 V DE 3P-30A.
85927	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA AL ID 863283, SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA AL ID 863283, SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ OFERTAR UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD EN TIEMPO REAL, POR MEDIO DE USB O ETHERNET CON UN COMPUTADOR. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN EMBARGO SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE PERMITIR IGUALDAD DE CONDICIONES.
85928	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA AL ID 863283, SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.	PARTIDA 12 DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA AL ID 863283, SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. PREGUNTA: EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE ES LO QUE SE REQUIERE EN EL PUNTO 1.14.1. PARTIDA 13	LA RESPUESTA ANTERIOR NO ES NEGATIVA.
85929	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA AL ID 863290, SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA AL ID 863290, SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ OFERTAR UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD EN TIEMPO REAL, POR MEDIO DE	ES CORRECTO, SIN EMBARGO SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE PERMITIR IGUALDAD DE CONDICIONES.



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
			USB O ETHERNET CON UN COMPUTADOR. ¿ES CORRECTO? PARTIDA 13	LA RESPUESTA ANTERIOR NO ES NEGATIVA.
85930	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DADA AL ID 863290, VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS.	PREGUNTA: EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE ES LO QUE SE REQUIERE EN EL PUNTO 1.14.1.	PARA LOS ID 860019 Y 860020 SE ACEPTA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
85933	EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONALES SA DE CV	860019	860019 Y 860020 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR LA RESPUESTA OTORGADA YA QUE EN UNA AFIRMA QUE SI LA ACEPTA Y EN LA SIGUIENTE NO AUTORIZA EL LAVABO DE LOS URINALES	SE ACEPTA, SIN EMBARGO, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE PERMITIR IGUALDAD DE CONDICIONES.
85934	MEDICA LUTESA SA DE CV	RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA CON ID 862064, DEL LICITANTE CYBER ROBOTIC SOLUTION, S.A. DE C.V.	"SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI AL PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA, SE PUEDE PRESENTAR POR PARTE DE UN (1) SOLO LICITANTE EL CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015, PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO Y NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO O NO OTORGAMIENTO DE PUNTOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?"	SE ACEPTA OPORTE UN RACK DISEÑADO PARA ACOMODAR 3 CÓMODOS Y 3 ORINALES, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE PERMITIR IGUALDAD DE CONDICIONES.
85935	EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONALES SA DE CV	860020	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI ACEPTA ENTONCES EL RACK PARA LAVAR UN COMODO Y UN ORINAL, O DOS COMODOS Y DOS ORINALES O UNO DE CADA UNO	SE ACEPTA OPORTE UN RACK DISEÑADO PARA ACOMODAR 3 CÓMODOS Y 3 ORINALES, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE PERMITIR IGUALDAD DE CONDICIONES.
85936	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV	862665	SOLICITAMOS ACLARAR SI EXISTE UN ERROR EN LA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE 0.5 A 3.5 PSIG NO ES UTIL PARA NINGUNA MARCA, SOLICITAMOS NOS ACLARE SI LA MEDIDA ES EN KG/CM	SE ACLARA QUE EL AGUA TENDRA UNA PRESION DE 0.5 A 3.5 KG/CM2.
85937	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV	859923	EN CASO DE QUE LOS TIEMPOS DE ENTREGA SE VEAN RETRASADOS A CAUSA DE QUE LA INSTITUCION NO SE ENCUENTRE EN CONDICIONES PARA RECIBIR LOS EQUIPOS YA SEA POR FALTA DE ADECUACIONES O INSTALACIONES AJENAS AL PROVEEDOR.	ES CORRECTO, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025  
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Referencia a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
85938	NUDOMI SA DE CV	ANEXO L ACLARACIONES/PRECISIONES A LA CONVOCATORIA, PRECISION NO.3 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, POR PARTE DE LA CONVOCANTE.	<p>ENTENDEMOS QUE LAS CONDICIONES DE PAGO SERAN 17 DIAS DESPUES DE LA FECHA COMPROMISO DE ENTREGA, LA CUAL ESTA ESTIPULADA TANTO EN BASES COMO JUNTA DE ACLARACIONES. ¿ES CORRECTO?</p> <p>"SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RATIFIQUE SI EL ANEXO 12, QUE SE MENCIONA EN EL SIGUIENTE PÁRRAFO: ""A) CON LA AUSENCIA DE LA CARTA COMPROMISO (ANEXO 12), SE DESECHARÁ LA PROPOSICIÓN Y NO SE CONTINUA CON LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA, OBTENDRÁ CERO GENERAL "" (ENFASIS AÑADIDO). ES EL QUE SE DEBE ENTENDER Y SE MENCIONA, EN EL SIGUIENTE TEXTO: ""DE OMITIR LA PRESENTACIÓN DEL ANEXO 11, SE DESECHA SU PROPUESTA Y NO SE CONTINUA CON LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA, OBTENDRÁ CERO GENERAL "" . LO ANTERIOR, PARA EVITAR SER DESECHADO POR ALGUNA INCONSISTENCIA QUE NO ES ATRIBUIBLE A MI REPRESENTADA, SIENDO LA CAUSA LA FALTA DE CLARIDAD EN LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y/O LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACION(ES). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?"</p>	SE RATIFICA EL ANEXO 12, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES AL RESPECTO.



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES


CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025  
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

Anexo III. Respuesta a la solicitud del Licitante.

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta
85491 y 85492	GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE SA DE CV	ACLARACIONES JUNTA DE ACLARACIONES

Se reproduce tal y como se plasmó en la Junta de Aclaraciones.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
855382	GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE SA DE CV	TÉCNICO	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) P15	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE, NOS FACILITE EL ARCHIVO EDITABLE CORRESPONDIENTE A LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) DE LA PARTIDA 15 LAVADOR DESINFECTADOR DE COMODOS DE VAPOR DIRECTO, ESTO CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LA EDICIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	NO ES POSIBLE ACCEDER A SU SOLICITUD, EL DOCUMENTO REFERIDO SE ENCUENTRA EN FORMATO PDF.



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025  
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

855475	GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXOS LEGALES- ADMINISTRATIVOS	<p>LOS ENCABEZADO QUE INTEGRAN LOS ANEXOS LEGALES-ADMINISTRATIVOS SE MENCIONA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SE PRESENTAN LO SIGUIENTE:</p> <p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DELEGACION ESTATAL/REGIONAL _____ (SEGUN SEA EL CASO) UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD (SEGUN SEA EL CASO) FUNDIRAN COMO AREA CONTRATANTE) PRESENTE.</p> <p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESPECIFICAR NOMBRES DE LAS AREAS A QUE FUNDIRAN COMO AREA CONTRATANTE) PRESENTE.</p> <p>¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDICARNOS AMABLEMENTE, NOS COMPARTA EL ENCABEZADO CORRECTO QUE DEBEN CONTENER LOS ANEXOS QUE INTEGRAN LA PRESENTE CONVOCATORIA?</p>	<p>EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES DATOS DE LA CONVOCANTE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVADESCONCENTRADA ESTATAL GUANAJUATO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE BIENES Y CONTRATACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS</p>
855634	GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 7 COMPANET LEGAL- ADMINISTRATIVO	<p>DENTRO DE LA PLATADORMA DE COMPRASMX EN EL APARTADO DE MI PROPOSICION, LEGAL-ADMINISTRATIVA EN EL PUNTO 7 SOLICITA LA CONVOCANTE SE PRESENTE MANIFIESTO EN EL QUE SE INDIQUE QUE NO PODRA SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO</p> <p>¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE NOS INDIQUE QUE ANEXO DE LAS BASES CORRESPONDE A ESTE PUNTO Y EN CASO DE NO ENCONTRARSE SE NOS PROPORCIONE EL ESCRITO CORRESPONDIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DOCUMENTO SOLICITADO?</p>	<p>EL LICITANTE DEBERA REALIZAR DICHA MANIFESTACION EN FORMATO LIBRE.</p>



ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA 50-GYR-050GYR027-T-115-2025  
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

855635	GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 8 COMPRANET LEGAL ADMINISTRATIVA	DENTRO DE LA PLATAFORMA DE COMPRASMX EN EL APARTADO DE MI PROPOSICION LEGAL- ADMINISTRATIVA EN EL PUNTO 8 SOLICITA LA CONVOCANTE SE PRESENTE MANIFIESTO DE CARTA DE AUSENCIA DE INTERES; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE NOS INDIQUE QUE ANEXO DE LAS BASES CORRESPONDE A ESTE PUNTO Y EN CASO DE NO ENCONTRARSE SE NOS PROPORCIONE EL ESCRITO CORRESPONDIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DOCUMENTO SOLICITADO?	PARA CUMPLIR CON LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE EL LICITANTE DEBERA REQUISITAR EL ANEXO XIV DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
859959	GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15.- LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR DIRECTO (TIPO GABINETE)	NUMERAL 4.1 ALIMENTACION ELECTRICA 120V +/- 10% 60 HZ. SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON ALIMENTACION ELECTRICA DE 220V 50/60 HZ CARACTERISTICA QUE ADEMAS PERMITE AHORRAR ENERGIA. ¿SE ACEPTA?	EN OBRA SE CUENTA CON ALIMENTACION 2F- 3H+PT 220/127 V CON UNA CARGA INSTALADA DE 5500 VA Y UN INTERRUPTOR DE 2X30 A.
859960	GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15.- LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR DIRECTO (TIPO GABINETE)	EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ¿SE PERMITE OFERTAR EQUIPOS CON UN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE?	NO ES NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR.
859975	GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE SA DE CV	TÉCNICO	FIGHAS TÉCNICAS - CATALOGO	PARA LAS TRADUCCIONES SIMPLES, SE SOLICITA ATENTAMENTE SE PERMITA TRADUCIR SOLO LOS PÁRRAFOS REFERENCIADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
859976	GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 15.- LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR DIRECTO (TIPO GABINETE)	NUMERAL 1.8 DOSIFICACION MANUAL: ENTENDEMOS QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS ES LO MINIMO REQUERIDO, POR LO QUE NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION EL OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES, POR LO TANTO Y POR SEGURIDAD PARA EL USUARIO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON DOSIFICACION AUTOMÁTICA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES SIN SER CAUSA DE DESECHAMIENTO, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA EN GUANAJUATO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE CIERRE DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL  
BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA  
LA-50-GYR-050GYR027-T-115-2025  
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO MAYOR PARA HOSPITAL 72 CAMAS EN GUANAJUATO

859977	GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE SA DE CV	TECNICO	PARTIDA 15.- LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR DIRECTO (TIPO GABINETE)	NUMERAL 1.13.1 MANOMETRO DE PRESION. EXISTEN EQUIPOS QUE NO MANEJAN PRESION POR CUESTIONES DE SEGURIDAD. LO QUE SE CONSIDERA UNA CARACTERISTICA SUPERIOR POR LO QUE NO REQUIEREN MANOMETRO DE PRESION O VALVULA DE SEGURIDAD. POR LO TANTO, CONSIDERAMOS QUE NO SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO SI SE OFERTA UN EQUIPO CON ESTAS CARACTERISTICAS. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
--------	--------------------------------------	---------	--	---	--

FIN DEL ACTA

