



(CONV 1)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

En la Ciudad de León Guanajuato, siendo las **10:00 horas** del día **28 de Septiembre de 2023**, de conformidad con el Artículo 46 del reglamento de la Ley; en el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle Suecia esquina con España S/N, Colonia Los Paraísos; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 26 Bis fracción II primero y segundo párrafo, 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 46 de su Reglamento, así como del numeral 4 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por la Licenciada Nohemi Patricia Rangel Diaz, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Servidora Pública facultada por la Convocante, en apego al numeral 5.3.8 b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, vigentes por acuerdo de H. Consejo Técnico mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.131217/337.P.DA., quien al inicio de esta junta, comunicó a los funcionarios que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan publicado con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, las solicitudes de aclaración que sean publicadas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas.

Quien preside el acto, es asistido por los representantes de Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, en calidad de representantes del Área Técnica/Requirente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 Bis de la Ley, en correlación con los artículos 2, fracción III y 46 fracción V del Reglamento; asimismo, se informa que el Área Contratante, responderá las solicitudes de aclaración de carácter legal y administrativo, cuyos nombres y firmas constan al final del presente documento.

Quien preside, informó que con fundamento en el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán las solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de CompraNet, por si o en representación de un tercero y que se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto; es decir, hasta las **10:00 horas del día 27 de Septiembre de 2023**.

Acto seguido, quien preside dio inicio señalando que se recibieron en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de los siguientes licitantes:

No.	Nombre, Razón ó Denominación Social	Escrito de Solicitudes de aclaración	Número de Solicitudes de Aclaración
1	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA, S. DE R.L. DE C.V.	Si	0
2	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Si	18
3	BIONEYCOMEX, S.A. DE C.V.	Si	0
4	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	Si	0
5	COMERCIALIZADORA MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	No	0
6	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, S.A. DE C.V.	Si	0
7	ELECTONICA Y MEDICINA, S.A.	Si	3
8	GRUPO FAXY, S.A. DE C.V.	No	0
9	GRUPO REINET, S.A. DE C.V.	Si	0



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

No.	Nombre, Razón ó Denominación Social	Escrito de Solicitudes de aclaración	Número de Solicitudes de Aclaración
10	INDSUTRIAS COBRAMEX, S.A. DE C.V.	Si	0
11	INGENIERIA MEDICA INTEGRAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	No	0
12	INSTUMENTACIÓN MEDICA, S.A. DE C.V.	Si	15
13	INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS CEO, S. DE R.L. DE C.V.	Si	6
14	IRENE MÉXICO, S.A. DE C.V.	No	0
15	JOSE MIGUEL URIBE ALVAREZ TOSTADO	No	0
16	LUMAFESA, S. DE R.L. DE C.V.	Si	0
17	MED RENT, S.A. DE C.V.	No	0
18	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.	Si	0
19	MEDIXSA, S.A. DE C.V.	Si	10
20	NUDOMI, S.A. DE C.V.	Si	20
21	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Si	10
22	REPUBLICA MEDICA, S.A. DE C.V.	No	0
23	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	No	0
24	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	Si	21
25	SISTEMAS INTEGRALES NOVAMUEBLES S.A. DE C.V.	Si	0
26	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	No	0

Se asienta que **se publicaron** solicitudes de aclaración por parte de los licitantes participantes en Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, CompraNet 2023 con número de expediente **E-2023-0000077252** y número de procedimiento **P-2023-000072348** de conformidad con lo siguiente:

Orden	Proveedor	Fecha y Hora de recepción de las preguntas de aclaración	Fecha de recepción de las respuestas	Estado	Historial de Solicitudes de Preguntas de Aclaración	Acciones de Preguntas de Aclaración
1	INDSUTRIAS COBRAMEX, S.A. DE C.V.	2023/07/14 14:00	2023/07/14 14:00	Completado		
2	INGENIERIA MEDICA INTEGRAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	2023/07/14 14:00	2023/07/14 14:00	Completado		
3	INSTUMENTACIÓN MEDICA, S.A. DE C.V.	2023/07/14 14:00	2023/07/14 14:00	Completado		
4	INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS CEO, S. DE R.L. DE C.V.	2023/07/14 14:00	2023/07/14 14:00	Completado		
5	IRENE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2023/07/14 14:00	2023/07/14 14:00	Completado		
6	JOSE MIGUEL URIBE ALVAREZ TOSTADO	2023/07/14 14:00	2023/07/14 14:00	Completado		
7	LUMAFESA, S. DE R.L. DE C.V.	2023/07/14 14:00	2023/07/14 14:00	Completado		
8	MED RENT, S.A. DE C.V.	2023/07/14 14:00	2023/07/14 14:00	Completado		
9	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.	2023/07/14 14:00	2023/07/14 14:00	Completado		
10	MEDIXSA, S.A. DE C.V.	2023/07/14 14:00	2023/07/14 14:00	Completado		
11	NUDOMI, S.A. DE C.V.	2023/07/14 14:00	2023/07/14 14:00	Completado		
12	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2023/07/14 14:00	2023/07/14 14:00	Completado		
13	REPUBLICA MEDICA, S.A. DE C.V.	2023/07/14 14:00	2023/07/14 14:00	Completado		
14	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	2023/07/14 14:00	2023/07/14 14:00	Completado		
15	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	2023/07/14 14:00	2023/07/14 14:00	Completado		
16	SISTEMAS INTEGRALES NOVAMUEBLES S.A. DE C.V.	2023/07/14 14:00	2023/07/14 14:00	Completado		
17	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	2023/07/14 14:00	2023/07/14 14:00	Completado		



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023**

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones: 28/09/2023 10:00 Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de CompraNet: 27/09/2023 10:00

Empresas que han manifestado interés en participar

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Reguntas
9	INGENIERIA MEDICA INTEGRAL DEL NOROESTE SA DE CV	22/09/2023 14:47				
12	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	27/09/2023 09:40	27/09/2023 09:40			
13	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	26/09/2023 23:35	26/09/2023 23:35			
14	IRENE MEXICO SA DE CV	21/09/2023 15:37				
15	JOSE MEDDEL URIBE ALVAREZ FOSTADO	27/09/2023 12:50				
16	LUMAFESA S DE RL DE CV	26/09/2023 10:35	26/09/2023 10:35			
17	MED RENT SA DE CV	25/09/2023 21:51				
18	MEDICA LUTESA SA DE CV	26/09/2023 10:28	26/09/2023 10:28			
19	MEDIXA SA DE CV	26/09/2023 13:04	26/09/2023 13:04			
20	NUMISM SA DE CV	26/09/2023 10:37	26/09/2023 10:38			

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones: 28/09/2023 10:00 Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de CompraNet: 27/09/2023 10:00

Empresas que han manifestado interés en participar

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Reguntas
20	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEDICO SA DE CV	25/09/2023 17:17	26/09/2023 13:59			
22	REPUBLICA MEDICA SA DE CV	21/09/2023 16:59				
23	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	23/09/2023 23:25				
24	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	25/09/2023 17:03	26/09/2023 19:08			
25	SISTEMAS INTEGRALES MOVAMUEBLES SA DE CV	26/09/2023 10:39	26/09/2023 10:40			
26	TAC SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	22/09/2023 12:46				

CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los licitantes, así como la respuesta otorgada por la Convocante, las cuales se contienen en el **Anexo**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023**

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

número II, de la presente acta, de la misma manera se publica archivo en CompraNet 2023, denominado "**respuestas a las preguntas T194 2023**" en formato Excel, mismo que contiene la respuesta otorgadas por la convocante.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 fracción II del Reglamento, a través de la presente se envían por CompraNet 2023 las respuestas emitidas a las solicitudes de aclaración; asimismo, se informa a los licitantes que se otorga un plazo de **Seis (6) horas** contados a partir de la publicación de la presente acta, para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias en relación con las precisiones y respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo a que se refiere dicho precepto. Una vez que sean recibidas las preguntas a las precisiones y respuestas dadas a los cuestionamientos. Se dará a conocer las repuestas a las preguntas (repreguntas), recibidas a las **10:00 horas del 29 de Septiembre de 2023**.

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento, así como sus respectivos anexos y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta acta en las oficinas Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicada en calle Suecia esquina con España s/n, Colonia Los Paraísos, del Municipio de León, Guanajuato, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Así mismo, se difundirá un ejemplar de la presente acta de Junta de Aclaraciones en CompraNet <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html> para efectos de su notificación a los licitantes, dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las **17:35 horas del día 28 de Septiembre de 2023**, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta, quienes reciben copia de la misma.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 2 fracción II, 37 Bis de la Ley y 49 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes la publicación de esta Acta en el sistema Compranet, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en las direcciones electrónicas: <https://upcp-compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html>

Esta acta consta de **I Anexo y Anexo II**, un total de **31 fojas útiles por ambos lados**.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Nombre	Área	Firma
Lic. Nohemi Patricia Rangel Diaz	Coordinadora de Abastecimiento y Equipamiento	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

Nombre	Área	Firma
Ing. Alejandro Garcia Vanegas	Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Ing. Monica Leticia Pacheco Rios	Coordinación Biomédica OOAD Guanajuato	
Lic. Cesar Adán Cordoba Escobedo	Representante de Jefatura Jurídica	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre	Área	Firma
Lic. Guillermina Lizbeth Tapia Ramirez	Representante del Área de Auditoria, Quejas y Responsabilidades	119001-1501001/ADQ/0173/2023

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

Anexo número I.

Precisiones a la Convocatoria.

		ACLARACION GENERAL			
No.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	DICE	Se aclara el tiempo de entrega por cada partida		
1	2.4.1 Plazo de entrega del Bien.	El plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto será máximo de 45 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al Acto de Fallo.	PREI	Descripción	Cantidad
2	Anexo No. 4 Términos y Condiciones	a) Plazo y lugar de entrega del bien: El plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto será máximo de 60 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al Acto de Fallo b) Plazo y lugar de entrega del bien: El plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto será máximo de 60 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al Acto de Fallo	1	21483 ELECTROMOTOR PARA CIRUGIA (MACROCIRUGIA).	9 60 días
			2	21484 ELECTROMOTOR PARA CIRUGIA (MICRO CIRUGIA).	3 60 días
			3	20669 MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA)	3 60 días
			4	21244 CRANEOTOMO ELECTRICO/INSTRUMENTAL DE CORTE Y ACCESORIOS	1 60 días
			5	11830 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPIA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C".	3 30 días
			6	15817 SIERRA PARA CORTAR YESO.	2 60 días
			Días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al Acto de Fallo		
3	2.5.6.-Periodo de garantía.	El Proveedor deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo obligatorio 2	Se aclara el periodo de garantía por cada partida		



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

Partida	PREI	SAI	Descripción	Cantidad	Periodo de garantía
1	21483	531-635-0114-01-01	ELECTROMOTOR PARA CIRUGIA (MACROCIRUGIA).	9	36 meses
2	21484	531-635-0114-01-01	ELECTROMOTOR PARA CIRUGIA (MICRO CIRUGIA).	3	36 meses
3	20669	531-616-5116-01-01	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA)	3	36 meses
4	21244	531-239-0016-00-01	CRANEOTOMO ELECTRICO/INSTRUMENTAL DE CORTE Y ACCESORIOS	1	36 meses
5	11830	531-341-2552-01-01	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C".	3	24 meses
6	15817	537-835-0028-01-01	SIERRA PARA CORTAR YESO.	2	36 meses

AÑOS, misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega - recepción de los bienes a entera satisfacción del Instituto en la Unidad Médica de destino final de los bienes y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

4	Cédula de especificaciones técnicas Partida 1	1.6.4 Artroplastia de cadera a través de sierra oscilante con velocidad de hasta 13,000 rpm con peso menor o igual a 1,600 g incluyendo acumulador y tapa. 2.1 Estuche - cesta y contenedor con soportes de fijación y organización	Derivado a que se requiere equipo funcional para procedimiento de artroplastia de cadera se requieren al menos dos piezas de mano (electromotores) que cumplan lo solicitado en los puntos 1.1 y 1.6.4
5	Cédula de especificaciones técnicas	2.1 Estuche - cesta y contenedor con soportes de fijación y organización	2.1 Estuche - cesta y contenedor con soportes de fijación y organización para almacenar y esterilizar las piezas de mano y sus accesorios, de la misma marca de equipo ofertado, Debe



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
 ESTADAL GUANAJUATO
 JEFAURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

Partida 1	para almacenar y esterilizar las piezas de mano y sus accesorios, de la misma marca de equipo ofertado. Debe incluir Filtro, precinto y etiquetas para uso y manejo del contenedor.	incluir Filtro (al menos 10 piezas), precinto (al menos 1000 piezas) y etiquetas (al menos 1000 piezas) para uso y manejo del contenedor.
6	Cédula de especificaciones técnicas Partida 1	3.2 Diez (10) Hojas de sierra sagital con longitud 90-100 mm, ancho de 19 mm, espesor de 1.27 mm, desechables. +/-10%
7	Cédula de especificaciones técnicas Partida 1	5.1 Mantenimiento Preventivo y Correctivo, conforme a los requisitos establecidos por la convocatoria. Se deberá incluir al menos dos baterías adicionales durante el primer mantenimiento preventivo.
8	Cédula de especificaciones técnicas Partida 2	2.1 Estuche - cesta y contenedor con soportes de fijación y organización para almacenar y esterilizar las piezas de mano y sus accesorios, Debe incluir Filtro (al menos 10 piezas), precinto (al menos 1000 piezas) y etiquetas (al menos 1000 piezas) para uso y manejo del contenedor.
9	Cédula de especificaciones técnicas	1.3.3 Recorrido horizontal de 20 cm o mayor.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA CONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

Partida 5			
10	Cédula de especificaciones técnicas Partida 5	1.3.4 Recorrido vertical	1.3.4 Recorrido vertical de 48 cm o mayor.
11	Cédula de especificaciones técnicas Partida 5	3.2 Cubiertas esterilizables para tubo y arco 50 piezas	3.2 Cubiertas desechables para tubo y arco 50 piezas

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

Anexo Número II.
Contestación a las solicitudes de aclaración:

Licitante: 2. B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
404567	TÉCNICO	PARTIDA 1 ELECTROMOTOR PARA MACROCIRUGIA	PUNTO 1.1 MOTOR ELECTRICO PREGUNTA EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE SER UTILIZADO EN AL MENOS CIRUGIA OSEA PARA TALADRAR, FRESAR, FILETEAR, ATORNILLAR Y DESTORNILLAR TORNILLOS, ASÍ COMO PARA COLOCAR ALAMBRES KIRSCHNER, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404568	TÉCNICO	PARTIDA 1 ELECTROMOTOR PARA MACROCIRUGIA	PUNTO 1.2 CON ROTACION EN DIRECCION DE LA AGUJA DEL RELOJ PREGUNTA PARA ESTE PUNTO EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ TENER SOLAMENTE ESTAS FUNCIONES ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EL EQUIPO DEBE TENER LA CAPACIDAD GIRO A LA DERECHA/IZQUIERDA, OSCILACIÓN, EL SENTIDO DE GIRO DEBE PODERSE INVERTIR, EN ESPECIAL PARA FILETEAR Y PARA DESENROSCAR TORNILLOS OSEOS.
404569	TÉCNICO	PARTIDA 1 ELECTROMOTOR PARA MACROCIRUGIA	PUNTO 1.6.4 ARTROPLASTIA DE CADERA PREGUNTA FAVOR DE ACLARAR SI REQUIEREN UN SOLO EQUIPO QUE CUENTE CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.
404570	TÉCNICO	PARTIDA 1 ELECTROMOTOR PARA MACROCIRUGIA	ACCESORIOS PUNTO 2.1 ESTUCHE CESTA Y CONTENEDOR PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE PARA ESTE PUNTO LAS CANTIDADES DE COSUMIBLES QUE ESTAN REQUIRIENDO?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.
404571	TÉCNICO	PARTIDA 1 ELECTROMOTOR PARA MACROCIRUGIA	CONSUMIBLES PUNTO 3.2 HOJAS DE SIERRA SAGITAL PREGUNTA PARA ESTE PUNTO ENTENDEMOS QUE DEBEMOS OFERTAR 10 BROCAS CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS ¿ES CORRECTO?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.
404572	TÉCNICO	PARTIDA 1 ELECTROMOTOR PARA MACROCIRUGIA	PUNTO 5.1 MANTENIMIENTO PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA ESTE PUNTO NOS RATIFIQUE QUE LA ENTREGA DE LA BATERIA ADICIONAL SERÁ EN LA VISITA DEL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ES CORRECTA SU APRECIACION, EN CASO DE QUEDAR ADJUDICADO, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404613	TÉCNICO	PARTIDA 1 ELECTROMOTOR PARA MACROCIRUGIA	PUNTO 5.1 MANTENIMIENTO PREGUNTA ENTENDEMOS QUE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEBERA SER POR PERSONAL CERTIFICADO QUE EL LICITANTE CUENTE CON QUE CON TALLER DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO POR FABRICA, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, EN CASO DE QUEDAR ADJUDICADO, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404614	TÉCNICO	PARTIDA 1 ELECTROMOTOR PARA MACROCIRUGIA	6 ADICIONALES PREGUNTA ¿REQUIERE LA CONVOCANTE QUE SE OFERTE ACCESORIO PARA ALAMBRES KIRSCHNER QUE PERMITA CONTAR CON EL SOPORTE PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS QUE ASÍ LO REQUIERAN ?	COMO OPCION PUEDE OFERTAR ACCESORIO PARA ALAMBRES KIRSCHNER QUE PERMITA CONTAR CON EL SOPORTE PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL GUANAJUATO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
404615	TÉCNICO	PARTIDA 1 ELECTROMOTOR PARA MACROCIRUGIA	6 ADICIONALES PREGUNTA ¿REQUIERE LA CONVOCANTE ACCESORIO PARA FRESAR CON ENTRADA HUDSON/ZIMMER QUE PERMITA CONTAR CON EL SOPORTE PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE ASI LO REQUIERAN? PUNTO 1.1 MOTOR ELECTRICO PREGUNTA EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE SER UTILIZADO EN AL MENOS CIRUGIA ÓSEA PARA TALADRAR, FRESAR, FILETEAR, ATORNILLAR Y DESTORNILLAR TORNILLOS, ASÍ COMO PARA COLOCAR ALAMBRES KIRSCHNER, ¿ES CORRECTO?	COMO OPCION PUEDE OFERTAR ACCESORIO PARA FRESAR CON ENTRADA HUDSON/ZIMMER QUE PERMITA CONTAR CON EL SOPORTE PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS . SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. ES CORRECTA SU APRECIACION, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404616	TÉCNICO	PARTIDA 2 ELECTROMOTOR MICROCIRUGIA	PUNTO 1.2 CON ROTACION EN DIRECCION DE LA AGUJA DEL RELOJ PREGUNTA PARA ESTE PUNTO EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ TENER SOLAMENTE ESTAS FUNCIONES ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EL EQUIPO DEBE TENER LA CAPACIDAD GIRO A LA DERECHA/IZQUIERDA, OSCILACION, EL SENTIDO DE GIRO DEBE PODERSE INVERTIR, EN ESPECIAL PARA FILETEAR Y PARA DESENROSCAR TORNILLOS OSEOS.
404617	TÉCNICO	PARTIDA 2 ELECTROMOTOR MICROCIRUGIA	PUNTO 1.11.1 EN CASO DE UNO DE BATERIA PREGUNTA SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BATERIA DE LI-ION ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404618	TÉCNICO	PARTIDA 2 ELECTROMOTOR MICROCIRUGIA	PUNTO 2.1 ACCESORIOS ESTUCHE CESTA Y CONTENEDOR PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE PARA ESTE PUNTO LAS CANTIDADES DE COSUMIBLES QUE ESTAN REQUIRIENDO?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.
404619	TÉCNICO	PARTIDA 2 ELECTROMOTOR MICROCIRUGIA	PUNTO 5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA ESTE PUNTO NOS RATIFIQUE QUE LA ENTREGA DE LA BATERIA ADICIONAL SERÁ EN LA VISITA DEL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO	EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA ENTREGAR AL MENOS DOS BATERIAS ADICIONALES DURANTE EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO. FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES
404620	TÉCNICO	PARTIDA 2 ELECTROMOTOR MICROCIRUGIA	PUNTO 5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PREGUNTA ENTENDEMOS QUE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEBERA SER POR PERSONAL CERTIFICADO QUE EL LICITANTE CUENTE CON QUE CON TALLER DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO POR FABRICA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, EN CASO DE QUEDAR ADJUDICADO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404621	TÉCNICO	PARTIDA 2 ELECTROMOTOR MICROCIRUGIA	PUNTO 6 ADICIONALES PREGUNTA ¿REQUIERE LA CONVOCANTE QUE SE OFERTE ACCESORIO PARA FIJACION DE TORNILLOS CON ENTRADA AO PEQUEÑA QUE PERMITA CONTAR CON EL SOPORTE PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE ASI LO REQUIERAN?	COMO OPCION PUEDE OFERTAR ACCESORIO PARA ALAMBRES KIRSCHNER QUE PERMITA CONTAR CON EL SOPORTE PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404622	TÉCNICO	PARTIDA 2 ELECTROMOTOR MICROCIRUGIA		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
404623	TÉCNICO	PARTIDA 2 ELECTROMOTOR MICROQUIRURGIA	PUNTO 6 ADICIONALES PREGUNTA ¿REQUIERE LA CONVOCANTE QUE SE OFERTE ACCESORIO DE SIERRA RECIPROCANTE QUE PERMITA CONTAR CON EL SOPORTE PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE ASÍ LO REQUIERAN, ¿SE ACEPTA?	COMO OPCION PUEDE OFERTAR ACCESORIO PARA FRESAR CON ENTRADA HUDSON/ZIMMER QUE PERMITA CONTAR CON EL SOPORTE PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404624	TÉCNICO	PARTIDA 4 CRENEOTOMO ELECTRICO	PUNTO 5 MANTENIMIENTO ENTENDEMOS QUE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEBERA SER POR PERSONAL CERTIFICADO QUE EL LICITANTE CUENTE CON QUE CON TALLER DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO POR FABRICA, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, EN CASO DE QUEDAR ADJUDICADO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.

Licitante: 7. ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
403471	LEGAL - ADMINISTRATIVO A	2.4.1. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN.	1.- EN LAS PRESENTES BASES, SOLICITAN LO SIGUIENTE: 2.4.1. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN. EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO SERA MAXIMO DE 45 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL ACTO DE FALLO. PREGUNTA DERIVADO DEL DESABASTO DE SEMICONDUCTORES A NIVEL MUNDIAL, OCASIONADO POR LOS ACONTECIMIENTOS DE LA GUERRA DE RUSIA Y UCRANIA, TODOS LOS FABRICANTES DE EQUIPOS MÉDICOS TIENEN UN RETRASO CONSIDERABLE EN LA ENTREGA DE SUS EQUIPOS, POR LO QUE PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE SE PERMITA ENTREGAR LOS EQUIPOS EN 75 DÍAS NATURALES. LO ANTERIOR PARA GARANTIZAR MAYOR PROVEEDURÍA EN BENEFICIO DEL PRESENTE PROCESO LICITATORIO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA; NO SE MODIFICA EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS.
403472	TÉCNICO	PARTIDA 5. PUNTO 1.1.3	2.- EN LAS PRESENTES BASES PARA LA PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN C, SOLICITAN LO	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA CONCENTRADA
 ESTATAL GUANAJUATO
 JEFEATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
403613	TÉCNICO	PARTIDA 5. PUNTO 3.2	<p>SIGUIENTE "1.1.3. RANGO DE CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA PULSADA O FLUOROSCOPIA CONTINUA DE 3 MA. O MENOR A 125 MA O MAYOR". PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBE TENER LA CAPACIDAD DE MANEJAR UN RANGO CONTINUO Y EN EL MISMO MODO DE OPERACIÓN, YA SEA EN FLUOROSCOPIA PULSADA O FLUOROSCOPIA CONTINUA INICIANDO EN 3 MA O MENOR HASTA 125 MA O MAYOR. ¿ES CORRECTO?</p> <p>3.- EN LAS PRESENTES BASES PARA LA PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPIA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN C, SOLICITAN LO SIGUIENTE "3.2 CUBIERTAS ESTERILIZABLES PARA TUBO Y ARCO 50 PIEZAS. PREGUNTA: POR TEMAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DEL PACIENTE, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR 50 FUNDAS ESTÉRILES DESECHABLES PARA ARCO Y MONOBLOCK ¿SE ACEPTA?</p>	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.

Licitante: 12. INSTRUMENTACIÓN MEDICA, S.A. DE C.V.

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
404882	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS	<p>NUMERAL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN PARTIDAS TODAS DEBIDO A LA SITUACIÓN POR LA QUE ESTAMOS PASANDO A NIVEL MUNDIAL, EN DONDE SE ESTÁN VIENDO AFECTADOS TANTO LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS, ASI COMO LOS TIEMPOS DE TRANSPORTE DE LOS BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIEN EL TIEMPO</p>	NO SE ACEPTA, NO SE MODIFICA EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023**

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
404883	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS	<p>DE ENTREGA A 120 DIAS HÁBILES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>FICHAS TÉCNICAS PARTIDAS TODAS PUNTO GENERAL SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA EQUIVALENTE O SUPERIOR, Y ASI NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>FICHAS TÉCNICAS PARTIDAS TODAS PUNTO GENERAL ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS NO VIENEN DE FORMA TEXTUAL EN NUESTROS CATALOGOS, FOLLETOS Y/O MANUALES, POR LO QUE LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR A TRAVÉS DE IMÁGENES QUE ESTÉN EN LOS CATALOGOS, FOLLETOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SE ACEPTA, PODRA OFERTAR TECNOLOGIAS SUPERIORES, SIEMPRE QUE LOS LICITANTES OFERTEN LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS FICHAS TÉCNICAS Y CONSIDERANDO LO QUE RESULTE DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES Y DE SER EL CASO SU PROPIETA SE SUJETARÁ A LA EVALUACIÓN QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p> <p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR , CON LOS ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE</p>
404884	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS	<p>FICHAS TÉCNICAS PARTIDAS TODAS PUNTO GENERAL PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLOS PUNTOS QUE NO NOS SEAN POSIBLE REFERENCIAR EN CATALOGOS, FOLLETOS Y/O MANUALES, NOS PERMITAN PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DONDE SE MANIFIESTE QUE CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>FICHAS TÉCNICAS PARTIDAS TODAS PUNTO GENERAL</p>	<p>NO SE ACEPTA REFERENCIAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MEDIANTE CARTAS DE FABRICANTE. DEBE REFERENCIAR CON , FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE.</p>
404885	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS	<p>FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 1.10</p>	<p>NO SE ACEPTA. DEBE OFERTAR EL NUMERAL 1.10 COMO SE SOLICITA.</p>
404886	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS	<p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MESA DIVIDIDA EN CUATRO SECCIONES, LO CUAL NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MESA, YA QUE SE PUEDE POSICIONAR AL PACIENTE DE MANERA FÁCIL Y SEGURA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	
404887	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS	<p>FICHAS TÉCNICAS</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO FUNCION</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA CONCENTRADA
 ESTADAL GUANAJUATO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA) PUNTO 1.10.3 PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MESA QUE PERMITA COLOCAR AL PACIENTE EN POSICION DE NEFRECTOMIA A TRAVES DE LA FUNCION DE FLEX, LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	FLEX. SU PROPUUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404888	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA) PUNTO 1.10.3 EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MESA QUE CUENTE CON UN SISTEMA PARA COLOCAR AL PACIENTE EN POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA, SIN QUE LA SECCIÓN DE ESPALDA ESTE DIVIDIDA EN DOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR EL NUMERAL 1.10.3 COMO SE SOLICITA.
404889	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA) PUNTO 1.10.3 EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ACCESORIO QUE COLOQUE AL PACIENTE EN POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA, SU PROPUUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404890	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA) PUNTO 2.1.7 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA Y DISEÑO DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, SIMPRE Y CUANDO LA FUNCIONALIDAD DEL ACCESORIO PERMITA LA TOMA DE RAYOS X. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR EL NUMERAL 2.1.7 COMO SE SOLICITA.
404891	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA) PUNTO 2.1.7 EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR EL NUMERAL 2.1.7 COMO SE SOLICITA.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

ID de la pregunta	tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
404892	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS	<p>NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SOPORTE PARA CHASIS CON FIJACIÓN AL RIEL LATERAL, CON LO CUAL SE ASEGURA LA CORRECTA COLOCACIÓN DEL CHASIS PARA LA PLACA Y LA TOMA CORRECTA DE LA MISMA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 2.2.4 CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR EL NUMERAL 2.2.4 COMO SE SOLICITA.</p>
404893	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS	<p>FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 2.2.5 CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR EL NUMERAL 2.2.5 COMO SE SOLICITA.</p>
404894	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS	<p>FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 2.3.1 CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COJINES DE GEL O POLIURETANO DE DISTINTA MARCA DE LA MESA, YA QUE AL TRATARSE DE POSICIONADORES ÉSTOS SON UNIVERSALES Y COMPATIBLES CON DIFERENTES MARCAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DE ESE MODO, INIDICANDO LA MARCA Y MODELO OFERTADO COMO SE SOLICITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
404895	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS	<p>FICHAS TÉCNICAS PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 2.3.1 DEBEMOS ENTENDER QUE REQUIEREN POR LO MENOS UN COJIN PARA EL PECHO Y ABDOMEN, UNO PARA LA CABEZA Y UNO PARA LOS PIES. ¿ES CORRECTA NUESTRA A APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACION, PUEDE OFERTAR DE ESE MODO, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
404896	TÉCNICO	FICHAS TÉCNICAS	<p>FICHAS TÉCNICAS</p>	<p>NO ES NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTADAL GUANAJUATO
 JEFEATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			<p>PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO 2.3.1 EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA MÁS ESPECÍFICO CON LA CANTIDAD Y QUE COJINES SON LOS QUE REQUIEREN. FAVOR DE ACLARAR.</p>	

Licitante: 19. MEDIXSA SA DE CV V.

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
404578	TÉCNICO	PARTIDA 3	<p>PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.3 QUE SOPORTE UN PESO DE 220 KG O MAYOR. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y NO LIMITAR EL USO DEL EQUIPO A PACIENTES BARIÁTRICOS, SE SUGIERE A LA CONVOCANTE SOLICITE UN SOPORTE DE PESO DE 450 KG O MAYOR, YA QUE ADEMÁS DEL PESO DEL PACIENTE LA MESA QUIRÚRGICA DEBE SER CAPAZ DE SOPORTAR EL PESO DE LOS ACCESORIOS Y EN CASO DE SER NECESARIO LA CARGA POR UN PROCEDIMIENTO DE RCP. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
404579	TÉCNICO	PARTIDA 3	<p>PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.4 CON SISTEMA DE FRENOS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO EL SISTEMA DE FRENOS DEBERÁ SER ACCIONADO DESDE EL CONTROL DE MANO Y DESDE EL CONTROL EN LA COLUMNA. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>ES CORRECTO, PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SU PROPUESTA SERÁ SUJETA A LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
404580	TÉCNICO	PARTIDA 3	PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.4 CON SISTEMA DE FRENO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR UN SISTEMA DE FRENO CENTRAL Y NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR FRENO CENTRAL SU PROUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404581	TÉCNICO	PARTIDA 3	PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.10.3.- ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN, PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, AL SOLICITAR UNA MESA DE 5 SECCIONES, ESTE PUNTO SE REFIERE A LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA Y NO A LA DE NAVAJA SEVILLANA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SU PROUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404582	TÉCNICO	PARTIDA 3	PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.10.3.- ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN, PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA ELEVACIÓN DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN DEBERA PODER SER ACTIVADA DESDE EL CONTROL DE MANO Y DESDE EL CONTROL DE LA COLUMNA ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EXISTEN DIFERENTES MANERAS DE ALCANZAR LA ELEVACION LUMBAR, PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA. SU PROUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404583	TÉCNICO	PARTIDA 3	PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.12 MOVIMIENTOS ELECTROHIDRÁULICOS CON CONTROL REMOTO O DE MANO ALAMBRICO PARA: PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, CON LA INTENCIÓN DE MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE DURANTE EL POSICIONAMIENTO DE LA MESA EN EL QUIRÓFANO, EL CONTROL CUENTE CON UN DISPLAY O PANTALLA EL CUAL INDIQUE EL MOVIMIENTO SIMULTÁNEO QUE SE ESTÁ ACCIONANDO EN EL MISMO Y DE ESTA MANERA EVITAR MOVIMIENTOS NO DESEADOS QUE PUDIERAN CAUSAR ALGÚN ACCIDENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR CONTROL CUENTE CON UN DISPLAY O PANTALLA EL CUAL INDIQUE EL MOVIMIENTO SIMULTANEO. SU PROUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
404584	TÉCNICO	PARTIDA 3	<p>PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.13.1 DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DEL TABLERO DE 30 CM O MAYOR (HACIA LA SECCIÓN DE LA CABECERA) O, 1.13.2 CAMBIO DE LAS SECCIONES DEL TABLERO DE LA MESA QUE PERMITA SELECCIONAR LA ORIENTACIÓN DEL PACIENTE</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE PUEDE OFERTAR EL PUNTO 1.13.1 O 1.13.2. ¿ES CORRECTO?</p>	ES CORRECTO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404585	TÉCNICO	PARTIDA 3	<p>PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.14. SISTEMA DE EMERGENCIA, POR MEDIO DE CONTROL EN LA COLUMNA DE LA MESA, QUE ACTIVE TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LA MESA EN CASO DE QUE EL CONTROL DE MANO FALLE. Y/O 1.14.1 SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA (POR MEDIO DE BOMBEO), PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERÍAS, FALLO ELÉCTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR EL PUNTO 1.14 Y/O 1.14.1. ¿ES CORRECTO?</p>	ES CORRECTO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404586	TÉCNICO	PARTIDA 3	<p>PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) PUNTO: 1.14.1 SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA (POR MEDIO DE BOMBEO), PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERÍAS, FALLO ELÉCTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO.</p> <p>PREGUNTA: EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE EMERGENCIA POR MEDIO DE CONTROL EN LA COLUMNA DE LA MESA CON RESPALDO DE BATERÍA, QUE ACTIVE TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LA MESA EN CASO DE QUE EL CONTROL DE MANO FALLE. ¿SE ACEPTA?</p>	NO ES NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR
404587	TÉCNICO	PARTIDA 3	<p>PARTIDA 3 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA)</p>	SE ACEPTA. PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL GUANAJUATO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			PUNTO: TODOS LOS PUNTOS PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.	EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.

Licitante: 20. NUDOMI, S.A. DE C.V. -----

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
404539	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.4 NORMAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE APOYO FIRMADA POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O FABRICANTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL EN MEXICO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA; PUEDE OFERTAR CARTA DE APOYO FIRMADA POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O FABRICANTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL EN MEXICO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404540	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.5.6 GARANTÍA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL TIEMPO DE GARANTIA PARA LOS EQUIPOS MEDICOS ES DE 2 AÑOS, COMO LO SOLICITA EL NUMERAL 2.5.6 DE LA CONVOCATORIA Y EL ANEXO TERMINOS Y CONDICIONES EN LA PAG 9 PUNTO PERIODO DE GARANTIA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.
404541	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN, PREI:21483	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA UN MARGEN DEL +/- 10% EL VALOR DE POTENCIA SOLICITADO, ESTO CON EL FIN NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA; PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA; SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404542	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN, PREI:21483	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA UN MARGEN DEL +/-10% PARA EL CASO DE MEDIDAS,PESO Y VELOCIDADES, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA; PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA; SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTADAL GUANAJUATO
 JEFEATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
404543	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN, PREI:21483	1.6.4 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA VELOCIDAD DE 11000CPM ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404544	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN, PREI:21483	1.9 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LA POTENCIA EN LA UNIDAD DE NEWTON, TAL COMO LO MANEJA LA NOMENCLATURA DE EL FABRICANTE ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404545	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN, PREI:21483	ENTENDEMOS QUE LOS ADITAMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 2.2 Y 2.8 SE REFIERE AL MISMO ACCESORIO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN ?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404546	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN, PREI:21483	DE SER POSITIVA LA PREGUNTA QUE ANTECEDE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SOLO ADITAMENTO PARA AMBOS PUNTOS.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404547	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN, PREI:21483	1.9 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA VELOCIDAD DE 1250 RPM ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO
404548	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN, PREI:21483	2.7 PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE REFERENCIAR EL PESO SEA OPCIONAL PARA ESTE ACCESORIO , SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, YA QUE EL PESO DEL ACCESORIO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404549	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN, PREI:21484	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION , SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA UN MARGEN DEL +/-10% PARA EL CASO DE MEDIDAS, PESO Y VELOCIDADES, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404550	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN, PREI:21484	ENTENDEMOS QUE LOS ADITAMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 2.2 Y 2.6 SE REFIERE AL MISMO MISMO ACCESORIOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN ?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404551	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN, PREI:21484	DE SER POSITIVA LA PREGUNTA QUE ANTECEDE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SOLO ADITAMENTO PARA AMBOS PUNTOS.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404552	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN, PREI:21484	1.9 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA VELOCIDAD DE 1250 RPM ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA; DEBE OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO
404553	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN, PREI:21484	1.9 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
404554	TÉCNICO	PREI:21484	NOS PERMITA REFERENCIAR LA POTENCIA EN LA UNIDAD DE NEWTON, TAL COMO LO MANEJA LA NOMENCLATURA DE EL FABRICANTE ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	TECNOLOGIA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404555	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN, PREI:21484	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA UN MARGEN DEL +/- 10% EL VALOR DE POTENCIA SOLICITADO, ESTO CON EL FIN NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404556	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN, PREI:21484	1.5 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR PIEZAS DE MANO DE HASTA DE 1000 GR. +/- 10% SIN QUE ESTO AFECTE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PIEZA DE MANO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404557	ECONÓMICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN, PREI:11830	1.1.3 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO RANGO MAXIMO EN FLUOROSCOPIA PULSADA DE 0.5MA-60MA SIENDO QUE ESTO NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO, Y SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO Y FACILITA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-229-SSA1-2002 REFERENTE AL USO DE LA MENOR DOSIS POSIBLE CONFORME AL CONCEPTO "TAN BAJO COMO SEA RAZONABLEMENTE POSIBLE" POR SUS SIGLAS EN INGLÉS ALARA, QUE SE ENCUENTRA DESCRITO EN LA NORMA ANTES MENCIONADA, QUE SE CUMPLE CON LA POTENCIA REQUERIDA EN EL PUNTO 1.1.1 DE CÉDULA DE DESCRIPCIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404558	ECONÓMICO	FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE CON PRECIO MÁXIMO Y PRECIO MÍNIMO DE REFERENCIA, POR FAVOR.	EL ANEXO XXIII FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA NO ESTABLECE PRECIO MAXIMO Y PRECIO MINIMO DE REFERENCIA. LA PRESENTE LICITACION CONTEMPLA COMO METODO DE EVALUACION EL METODO BINARIO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2.3 PRECIOS FIJOS, Y CON EL ARTICULO 51 DE LA LAASSP.
404558	ECONÓMICO	FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUAL DE LAS 3 CLAVES TIENE QUE COLOCARSE EN LA PROPUESTA ECONOMICA SECCION NUMERO 8, CLAVE SAI, CUCOP Ó PREI	EL ANEXO XXII EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR LOS CAMPOS QUE IDENTIFICAN LOS BIENES DE SU PROPUESTA ECONOMICA IDENTIFICADOS EN EL ANEXO NUMERO UNI REQUERIMIENTO COMO SAI - PREI



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTADAL GUANAJUATO
 JEFEATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

Licitante: 21. RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
404386	TÉCNICO	PARTIDA 5	<p>FICHA TÉCNICA UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"</p> <p>NUMERAL 1.1.3 RANGO DE CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA PULSADA O FLUOROSCOPIA CONTINUA DE 3 MA O MENOR A 125 MA O MAYOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FLUOROSCOPIA PULSADA EN EL RANGO DE 0.4 MA A 100 MA. YA QUE CON ESTA CORRIENTE ES SUFICIENTE PARA REALIZAR TODO TIPO DE EXÁMENES SIN VERSE COMPROMETIDA LA CALIDAD DE LA IMAGEN PARA TODAS LAS APLICACIONES COMO ORTOPEDIA, VASCULAR PERIFÉRICO, VASCULAR ABDOMINAL, TÓRAX, MARCAPASOS, ELECTROFISIOLOGÍA ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
404387	TÉCNICO	PARTIDA 5	<p>FICHA TÉCNICA UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"</p> <p>NUMERAL 1.3.2 ROTACIÓN O ANGULACIÓN DE +/- 180 GRADOS O MAYOR</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO ROTACIÓN A LO LARGO DEL EJE HORIZONTAL: >275°, JUNTO CON IMÁGENES QUE DEMUESTRAN LO SOLICITADO, CON LO CUAL SE PUEDEN POSICIONAR EL EQUIPO PARA TODAS LAS PROYECCIONES REQUERIDAS ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR EL NUMERAL 1.1.3 COMO SE SOLICITA.</p>
404388	TÉCNICO	PARTIDA 5	<p>FICHA TÉCNICA UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"</p> <p>NUMERAL 1.3.5 MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL O ÁNGULO DE GIRO U OSCILACIÓN O PANELO</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
404389	TÉCNICO	PARTIDA 5	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO WIG-WAG QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO, JUNTO CON IMÁGENES QUE LO DEMUESTRAN ¿SE ACEPTA?</p> <p>FICHA TÉCNICA UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"</p> <p>NUMERAL 1.4.2 ADQUISICIÓN O PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 16 BITS O MAYOR</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO CONVERSIÓN A/D, QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR EL NUMERAL 1.4.2 COMO SE SOLICITA.
404390	TÉCNICO	PARTIDA 5	<p>FICHA TÉCNICA UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"</p> <p>NUMERAL 1.7 CONSOLA DE CONTROL MÓVIL</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "ESTACION DE VISUALIZACIÓN", QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO, JUNTO CON IMÁGENES EN EL CATÁLOGO QUE LO DEMUESTRAN ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404391	TÉCNICO	PARTIDA 5	<p>FICHA TÉCNICA UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"</p> <p>NUMERAL 1.7.2 TECLADO ALFANUMÉRICO</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGIA DE PANTALLA TOTALMENTE TÁCTIL, TECLADO ALFANUMÉRICO DESPLEGABLE(PANTALLA). ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
404392	TÉCNICO	PARTIDA 5	<p>FICHA TÉCNICA UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C"</p> <p>NUMERAL 1.7.2 TECLADO ALFANUMÉRICO</p> <p>SOLICITAMOS CON AMABILIDAD A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA "FULL TOUCH", EN EL ENTENDIDO QUE ES UNA TECNOLOGIA MAS ACTUAL Y ESTO OPTIMIZA LA OPERABILIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CONCENTRADA
 ESTADAL GUANAJUATO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Resolución
404413	TÉCNICO	PARTIDA 5	<p>FICHA TÉCNICA UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN "C" NUMERAL 3.2 CUBIERTAS ESTERILIZABLES PARA TUBO Y ARCO 50 PIEZAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 50 CUBIERTAS ESTÉRILES PARA TUBO Y ARCO COMO ALTERNATIVA A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA? DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.DIR DICTADO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL PRESENTE AÑO, POR EL QUE SE APROBARON LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS APLICABLES A LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PUBLICADAS EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EL CUAL FUE PUBLICADO EL 4 DE MAYO DE 2023, LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SERÁ VALIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE NATURALES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) CON FECHA DE EMISIÓN DE 3 NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ¿SE ACEPTA?</p>	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.
404461	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO XV. OPINIONES DE CUMPLIMIENTO	<p>DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.DIR DICTADO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL PRESENTE AÑO, POR EL QUE SE APROBARON LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS APLICABLES A LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PUBLICADAS EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EL CUAL FUE PUBLICADO EL 4 DE MAYO DE 2023, LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SERÁ VALIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE NATURALES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) CON FECHA DE EMISIÓN DE 3 NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SU SOLICITUD.
404462	TÉCNICO	2.4. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES	<p>DICE: VI. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA, 3 CARTAS EXPEDIDAS POR OTROS ADMINISTRADORES DE CONTRATO A NIVEL GOBIERNO O LIBERACIÓN DE FIANZA O CONTRATO CUMPLIDO. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, DOCUMENTOS PROBATORIOS DE QUE LAS ENTREGAS SE HICIERON</p>	NO SE ACEPTA, DEBE PRESENTAR LAS CARTAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			<p>EN TIEMPO Y FORMA Y QUE SE CUMPLIO CON EL CLAUSULADO DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS, COMO LO SON:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ACTA ENTREGA RECEPCION SELLADA POR PERSONAL DE LA DEPENDENCIA O INSTITUTO - REMISION DE ENTREGA SELLADAS POR PERSONAL DE LA DEPENDENCIA O INSTITUTO - FACTURA EMITIDA AL INSTITUTO ¿SE ACEPTA? 	

Licitante: 24. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
403786	TÉCNICO	PARTIDA 5 - 1.1.1	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO COMO SALIDA DE POTENCIA NOMINAL DE 15 KW, COMO CONSTA EN EL CATÁLOGO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO POTENCIA NOMINAL, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
403787	TÉCNICO	PARTIDA 5 - 1.1.3	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO EQUIPO QUE CUENTA CON UNA CORRIENTE DE FLUOROSCOPIA DE 3MA A 119 MA, LO CUAL ES SUFICIENTE PARA REALIZAR UNA GAMA AMPLIA DE ESTUDIOS, ADEMÁS LA DIFERENCIA DE CORRIENTE ES SOLO DE 6 MA, LO QUE NO AFECTA LA CALIDAD DE IMAGEN PARA NINGUNA DE LAS APLICACIONES CLINICAS PARA LAS SE ENCUENTRA DESTINADA EL EQUIPO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
403788	TÉCNICO	PARTIDA 5 - 1.1.3	<p>EN CASO DE SER POSITIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO FLUOROSCOPIA 3 MA A 119 MA, ANCHO DE PULSO DE 5 MS A 14 MS DADO QUE LOS VOCABLOS O TÉRMINOS SON</p>	<p>NO ES POSITIVA LA RESPUESTA ANTERIOR.</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTADAL GUANAJUATO
 JEFEATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
403789	TÉCNICO	PARTIDA 5 - 1.1.3	<p>EQUIVALENTES A LO SOLICITADO, ES SOLO POR TEMAS DE REFERENCIA YA QUE ASI APARECE EN NUESTROS CATALOGOS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE NO ACEPTE LA POSIBILIDAD DE OFERTAR NUESTRO EQUIPO QUE CUENTA CON UNA CORRIENTE DE FLUOROSCOPIA DE 3MA A 119 MA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR UN RANGO DE CORRIENTE DE FLUOROSCOPIA DE 3 MA O MENOR A 200 MA O MAYOR, YA QUE CON ESTE RANGO SE ASEGURA QUE LA CALIDAD DE IMAGEN SERÁ LA ADECUADA SI SE TRABAJA CON PACIENTES OBESOS Y SIN IMPORTAR EL TIPO DE PROCEDIMIENTO Y DURACIÓN DEL MISMO, SIENDO IDEAL PARA PODER REALIZAR CUALQUIER TIPO DE ESTUDIO, ADEMÁS SE ASEGURA LA CALIDAD DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA LAS APLICACIONES CLINICAS QUE PUEDE REALIZAR EL EQUIPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
403790	TÉCNICO	PARTIDA 5 - 1.1.3	<p>EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE NO ACEPTE LA POSIBILIDAD DE OFERTAR NUESTRO EQUIPO QUE CUENTA CON UNA CORRIENTE DE FLUOROSCOPIA DE 3MA A 119 MA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO FLUOROSCOPIA 3 MA A 250 MA, ANCHO DE PULSO DE 5 MS A 14 MS DADO QUE LOS VOCABLOS O TÉRMINOS SON EQUIVALENTES A LO SOLICITADO, ES SÓLO POR TEMAS DE REFERENCIA YA QUE ASI APARECE EN NUESTROS CATALOGOS. Y SIENDO LOS VALORES DE CORRIENTE SUPERIORES A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO IMAGEN INDIVIDUAL, LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO, ES SOLO POR TEMAS DE REFERENCIA QUE APARECE DE ESTA MANERA EN NUESTROS CATALOGOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA OTORGADA EN EL ID:403787</p>
403791	TÉCNICO	PARTIDA 5 - 1.1.4	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO IMAGEN INDIVIDUAL, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
403792	TÉCNICO	PARTIDA 5 - 1.2.2	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO CAPACIDAD TERMICA DE ALMACENAMIENTO DEL</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
403813	TÉCNICO	PARTIDA 5 - 1.3.1	CAPACIDAD TERMICA DE ALMACENAMIENTO DEL ANODO, LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO, ES SOLO POR TEMAS DE REFERENCIA QUE APARECE DE ESTA MANERA EN NUESTROS CATALOGOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO DISTANCIA DE LA FUENTE AL DETECTOR 107 CM, LO CUAL ES SUPERIOR A LO SOLICITADO, ES SOLO POR TEMAS DE REFERENCIA QUE APARECE DE ESTA MANERA EN NUESTROS CATALOGOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	ANODO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO DISTANCIA DE LA FUENTE AL DETECTOR, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
403814	TÉCNICO	PARTIDA 5 - 1.3.3	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO MOVIMIENTO HORIZONTAL, LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO, ES SOLO POR TEMAS DE REFERENCIA QUE APARECE DE ESTA MANERA EN NUESTROS CATALOGOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO MOVIMIENTO HORIZONTAL, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
403815	TÉCNICO	PARTIDA 5 - 1.3.4	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO DESPLAZAMIENTO VERTICAL, LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO, ES SOLO POR TEMAS DE REFERENCIA QUE APARECE DE ESTA MANERA EN NUESTROS CATALOGOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO MOVIMIENTO VERTICAL, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
403816	TÉCNICO	PARTIDA 5 - 1.3.5	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO MOVIMIENTO ORBITAL E INTERVALO DE ROTACION, Y ADJUNTANDO IMAGEN QUE ESQUEMATIZA EL MOVIMIENTO SOLICITADO LO CUAL ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO, ES SOLO POR TEMAS DE REFERENCIA QUE APARECE DE ESTA MANERA EN NUESTROS CATALOGOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO MOVIMIENTO ORBITAL E INTERVALO DE ROTACION, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
403817	TÉCNICO	PARTIDA 5 - 1.4	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO COMO: DETECTOR PLANO DE 30 CM X 30 CM DETECTOR PLANO CMOS (SEMICONDUCTOR DE ÓXIDO DE METAL COMPLEMENTARIO) CON BASE EN TECNOLOGÍA DE CONVERSIÓN INDIRECTA. SISTEMA DE IMAGENOLÓGIA DIGITAL DE ALTO RENDIMIENTO	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL GUANAJUATO
 JEFEATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración
403818	TÉCNICO	PARTIDA 5 - 1.5.1	<p>ADJUNTANDO EN LA REFERENCIA IMAGEN. DEMOSTRANDO MEDIANTE LA IMAGEN QUE EL DETECTOR PLANO ESTÁ INTEGRADO AL SISTEMA. CUMPLIENDO Y SIENDO EQUIVALENTE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA YA QUE DE ESTA MANERA APARECE EN NUESTROS CATALOGOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO COMO: FLUOROSCOPIA</p> <p>ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DE 0.5 F/S A 30 F/S. ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES: TODAS LAS IMÁGENES CUMPLIENDO Y SIENDO EQUIVALENTE CON LO SOLICITADO EN LA CÉDULA, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA YA QUE DE ESTA MANERA APARECE EN NUESTROS CATALOGOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO COMO: CIOS ALPHA CONSTA DE UN SISTEMA DE ARCO EN C Y UN CARRO PORTAMONITORES.</p> <p>SE INCLUIRÁ IMAGEN EN LA REFERENCIA DEMOSTRANDO MEDIANTE LA IMAGEN LA CONSOLA DE CONTROL MÓVIL, SIENDO EQUIVALENTE CON LO SOLICITADO EN LA CÉDULA, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA YA QUE DE ESTA MANERA APARECE EN NUESTROS CATALOGOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>DEBIDO A QUE SIEMENS HEALTHINEERS NO FABRICA MONITORES Y SE APOYA DE OTRAS MARCAS PARA LA FABRICACION DE ESTOS ELEMENTOS, LO CUAL NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NI LA GARANTÍA DE LOS COMPONENTES, Y SIENDO PATALLAS QUE CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS. ADEMÁS CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DEL PRESENTE CONCURSO Y DERIVADO A QUE DICHA ESPECIFICACIÓN RESULTA FAVORECEDORA ÚNICAMENTE A UN LICITANTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA</p>
403819	TÉCNICO	PARTIDA 5 - 1.7	<p>NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR EL NUMERAL 1.5.1 COMO SE SOLICITA.</p> <p>SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO CIOS ALPHA CONSTA DE UN SISTEMA DE ARCO EN C Y UN CARRO PORTAMONITORES, CON IMAGEN EN LA REFERENCIA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
403820	TÉCNICO	PARTIDA 5 - 1.7.1	<p>NO SE ACEPTA, DEBE OFERTAR EL NUMERAL 1.7.1 COMO SE SOLICITA.</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
403821	TÉCNICO	PARTIDA 5 - 1.7.1.1	<p>OFERTAR MONITORES DE LA MARCA EIZO QUE ES LA MARCA CON LA QUE TRABAJA SIEMENS HEALTHINEERS PARA LOS MONITORES ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO COMO: VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES: 1280 X 1024 (PIXELES), SIENDO SUPERIOR A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA YA QUE DE ESTA MANERA APARECE EN NUESTROS CATALOGOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO COMO: MODO DE TECLADO</p> <p>EL MODO DE TECLADO SE UTILIZA PARA INTRODUCIR TEXTO Y NÚMEROS.</p> <p>SE INCLUIRÁ EN LA REFERENCIA IMAGEN DEL MODO DE TECLADO</p> <p>DEMOSTRANDO MEDIANTE LA IMAGEN EL TECLADO, SIENDO EQUIVALENTE CON LO SOLICITADO EN LA CÉDULA, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA YA QUE DE ESTA MANERA APARECE EN NUESTROS CATALOGOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
403822	TÉCNICO	PARTIDA 5 - 1.7.2	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO COMO: MODO DE TECLADO</p> <p>EL MODO DE TECLADO SE UTILIZA PARA INTRODUCIR TEXTO Y NÚMEROS.</p> <p>SE INCLUIRÁ EN LA REFERENCIA IMAGEN DEL MODO DE TECLADO</p> <p>DEMOSTRANDO MEDIANTE LA IMAGEN EL TECLADO, SIENDO EQUIVALENTE CON LO SOLICITADO EN LA CÉDULA, ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA YA QUE DE ESTA MANERA APARECE EN NUESTROS CATALOGOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR COMO MODO DE TECLADO, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
403823	TÉCNICO	PARTIDA 5 - 1.7.5	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO MEDIANTE EL DOCUMENTO DICOM COMFORMANCE STATEMENT Y ADJUNTAR A NUESTRA PROPUESTA LAS CARTAS GENERADAS POR EL FILIAL DEL FABRICANTE ANEXANDO EL DOCUMENTO QUE AVALA EL MISMO, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR EL TERMINO LASER APUNTADOR, COMO LOCALIZADOR DE LUZ LASER. LO QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA YA QUE DE ESTA MANERA APARECE EN NUESTROS CATALOGOS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>NO SE ACEPTA REFERENCIAR CARACTERISTICAS TECNICAS MEDIANTE CARTAS DE FABRICANTE. DEBE REFERENCIAR CON , FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE.</p>
403824	TÉCNICO	PARTIDA 5 - 1.8	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR EL TERMINO LASER APUNTADOR, COMO LOCALIZADOR DE LUZ LASER. LO QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA ES ÚNICAMENTE POR TEMAS DE REFERENCIA YA QUE DE ESTA MANERA APARECE EN NUESTROS CATALOGOS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR COMO LOCALIZADOR LUZ LASER, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
403825	TÉCNICO	PARTIDA 5 - 3.2	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUBIERTAS ESTÉRILES</p>	<p>FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTADAL GUANAJUATO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-194-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES 2023

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
403826	TÉCNICO	2.4 NUMERAL 5 SUBNUMERAL 3	DESECHABLES PARA EL DETECTOR, LA CUBA MONOBLOC Y EL ARCO EN C SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA REFERENCIAR EL CUMPLIMIENTO A LA NOM-229-SSA1-2002 MEDIANTE UNA CARTA DE CUMPLIMIENTO GENERADA POR EL FILIAL DEL FABRICANTE ANEXANDO EL DOCUMENTO QUE AVALA EL MISMO, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, OFERTE DE ESE MODO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.

-----FIN DEL ACTA-----

