

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

En la Ciudad de León Guanajuato, siendo las **10:00 horas** del día **19 de Septiembre de 2023**, de conformidad con el Artículo 46 del reglamento de la Ley; en el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle Suecia esquina con España S/N, Colonia Los Paraisos; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 26 Bis fracción II primero y segundo párrafo, 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 46 de su Reglamento, así como del numeral 4 de la Convocatoria.


Este acto fue presidido por la Licenciada Nohemi Patricia Rangel Diaz, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Servidora Pública facultada por la Convocante, en apego al numeral 5.3.8 b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, vigentes por acuerdo de H. Consejo Técnico mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.131217/337.P.DA., quien al inicio de esta junta, comunicó a los funcionarios que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan publicado con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, las solicitudes de aclaración que sean publicadas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas.

Quien preside el acto, es asistido por los representantes de Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, en calidad de representantes del Área Técnica/Requirente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 Bis de la Ley, en correlación con los artículos 2, fracción III y 46 fracción V del Reglamento; asimismo, se informa que el Área Contratante, responderá las solicitudes de aclaración de carácter legal y administrativo, cuyos nombres y firmas constan al final del presente documento.

Quien preside, informó que con fundamento en el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán las solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero y que se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto; es decir, hasta las **10:00 horas del día 18 de Septiembre de 2023**.

Acto seguido, quien preside dio inicio señalando que se recibieron en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de los siguientes licitantes:

No.	Nombre, Razón ó Denominación Social	Escrito de Solicitudes de aclaración	Número de Solicitudes de Aclaración
1	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA, S. DE R.L. DE C.V.	Si	19
2	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, S.A. DE C.V.	No	0
3	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Si	7
4	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	No	0
5	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.	SI	2
6	LUMAFESA, S. DE R.L. DE C.V.	No	0
7	MANPREC, S.A. DE C.V.	Si	24
8	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.	Si	15



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES


**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023**

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

9	MTI EQUIPOS PARA INVESTIGACION EN MATERIALES, S.A. DE C.V.	No	0
10	NUDOMI, S.A. DE C.V.	No	0
11	PRODUCTOS STANTON, S.A. DE C.V.	No	0
12	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	Si	5
13	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	No	0
14	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	No	0

Se asienta que **se publicaron** solicitudes de aclaración por parte de los licitantes participantes en Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, CompraNet 2023 con número de expediente **E-2023-000076450** y número de procedimiento **P-2023-000072348** de conformidad con lo siguiente:

The screenshot displays the 'Solicitudes de aclaración' (Clarification Requests) section of the CompraNet 2023 portal. It shows a table with the following columns: 'ID', 'Remitente', 'Fecha y hora de publicación del procedimiento', 'Fecha de expiración de bids', 'Manifesto', 'Acción(es) de Solución de Aclaraciones', and 'Acción(es) de Respuestas'. The table lists 10 clarification requests from various companies, including MTI EQUIPOS PARA INVESTIGACION EN MATERIALES, S.A. DE C.V., NUDOMI, S.A. DE C.V., PRODUCTOS STANTON, S.A. DE C.V., SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V., TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V., and TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. The 'Acción(es) de Solución de Aclaraciones' column shows 'Si' for request 12 and 'No' for the others.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023**

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los licitantes, así como la respuesta otorgada por la Convocante, las cuales se contienen en el **Anexo número II**, de la presente acta, de la misma manera se publica archivo en CompraNet 2023, denominado "**respuestas a las preguntas T187 2023**" en formato Excel, mismo que contiene la respuesta otorgadas por la convocante.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 fracción II del Reglamento, a través de la presente se envían por CompraNet 2023 las respuestas emitidas a las solicitudes de aclaración; asimismo, se informa a los licitantes que se otorga un plazo de **Seis (6) horas** contados a partir de la publicación de la presente acta, para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias en relación con las precisiones y respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo a que se refiere dicho precepto. Una vez que sean recibidas las preguntas a las precisiones y respuestas dadas a los cuestionamientos. Se dará a conocer las repuestas a las preguntas (repreguntas), recibidas a las **18:00 horas del 19 de Septiembre de 2023**.

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento, así como sus respectivos anexos y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta acta en las oficinas Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicada en calle Suecia esquina con España s/n, Colonia Los Paraísos, del Municipio de León, Guanajuato, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Así mismo, se difundirá un ejemplar de la presente acta de Junta de Aclaraciones en CompraNet <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html> para efectos de su notificación a los licitantes, dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las **10:30 horas del día 19 de Septiembre de 2023**, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta, quienes reciben copia de la misma.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 2 fracción II, 37 Bis de la Ley y 49 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes la publicación de esta Acta en el sistema Compranet, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en las direcciones electrónicas: <https://upcp-compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html>

Esta acta consta de **I Anexo y Anexo II**, un total de **27 fojas útiles por ambos lados**.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

Nombre	Área	Firma
Lic. Nohemi Patricia Rangel Díaz	Coordinadora de Abastecimiento y Equipamiento	
Ing. Alejandro Garcia Vanegas	Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Ing. Monica Leticia Pacheco Rios	Coordinación Biomédica OOAD Guanajuato	
Lic. Cesar Adán Cordoba Escobedo	Representante de Jefatura Jurídica	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre	Área	Firma
Lic. Guillermina Lizbeth Tapia Ramirez	Representante del Área de Auditoria, Quejas y Responsabilidades	119001-1501001/ADQ/0163/2023

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

Anexo número I.

Precisiones a la Convocatoria.

No.	Punto de la Convocatoria	Aclaración General
1	PROPUESTA TÉCNICA Para todas las partidas, el licitante deberá presentar 3 cartas por parte de figuras de Administración de contratos de otras entidades gubernamentales además del IMSS en la que verse que el proveedor cumple cabalmente con los compromisos contractuales y trámites respectivos en torno al contrato durante el ejercicio fiscal	SE ELIMINA. Ya que se cubre el punto con C. Experiencia y especialidad del licitante.
2	Cédula de especificaciones técnicas 1.2 Magneto superconductor	SE AGREGA: 1.2.1 Eliminación de ruido durante la exploración de al menos 99%.
3	Cédula de especificaciones técnicas 1.7.3. Sistema de RF de 32 canales o mayor o digitalización desde la bobina.	DEBE DECIR: 1.7.3. Sistema de RF de 128 canales.
4	Cédula de especificaciones técnicas 1.7.4 Con método de adquisición de imagen en paralelo.	DEBE DECIR: 1.7.4 Método de adquisición en paralelo y adquisición o reconstrucción por inteligencia artificial en todas las secuencias
5	Cédula de especificaciones técnicas 2.3.1 Dos Pantallas planas LCD o TFT a color de 19 pulgadas o mayor (Incluir marca y modelo):	DEBE DECIR: 2.3.1 Dos Pantallas LED a color de 19 pulgadas o mayor (Incluir marca y modelo):



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL GUANAJUATO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

No.	Punto de la Convocatoria	Aclaración General
6	<p>ANEXO XXI RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICOS, LEGALES ADMINISTRATIVOS</p>	<p>DICE: Para las partidas, 14 a la 105, deberá contar con certificado vigente de calidad del Acero inoxidable y certificado de calidad ISO 9001:2015 o más actual del fabricante</p> <p>DEBE DECIR: SE ELIMINA Y QUEDA SIN EFECTOS.</p> <p>DICE: Ya sean los instrumentos que oferte de naturaleza nacional o importada, deberá cumplir con la Normatividad de la Cuarta edición de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Acero inoxidable</p> <p>DEBE DECIR: SE ELIMINA Y QUEDA SIN EFECTOS</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
 ESTATAL GUANAJUATO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

Anexo Número II.
 Contestación a las solicitudes de aclaración:

Licitante: 1. ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV.

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
397389	TÉCNICO	DESCRIPCIÓN CÉDULA RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE TENGA QUE REALIZAR LA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO EN SUSTITUCIÓN, NOS INDIQUE EL LUGAR DESTINO FINAL DEL EQUIPO DESINSTALADO Y SE ACEPTE UN EMPLOYO DEL MISMO PARA SU RESGUARDO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, EL PROVEEDOR ADJUDICADO UNICAMENTE REALIZARA LA DESINSTALACION Y EL EMPLOYEE DEL EQUIPO SALIENTE.
397390	TÉCNICO	DESCRIPCIÓN CÉDULA RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SOLICITE QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR CUMPLAN CON UN ENFRIAMIENTO DE HELIO DE 10 LITROS O MENOR, YA QUE ESTO GARANTIZARIA AHORRO ECONÓMICO PARA EL HOSPITAL EN RECARGAS ADICIONALES DE HELIO Y TAMBIÉN REDUCIRÍA EL RIEGOS DE EVENTOS DE QUENCH, ¿ SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, PERO PUEDE OFERTAR MAGNETO SELLADO CON UN SISTEMA DE MICRO-ENFRIAMIENTO, OCUPANDO UNICAMENTE 7 LITROS DE HELIO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
397391	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS, PUNTO 2.19	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CÉDULA 531.619.0411.03.01 Y LA CÉDULA 531.791.0066.00.01 CORRESPONDEN A UNA MISMA PARTIDA, YA QUE EN LA CÉDULA DEL EQUIPO DE RESONANCIA SE MENCIONA EL REQUERIMIENTO DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES EN EL PUNTO 2.19, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE AMBOS EQUIPOS CORRESPONDER A LA PARTIDA 1?	ES CORRECTO, ES UNA SOLA PARTIDA.
397392	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS, PUNTO 2.19	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE AL SER ESTE EQUIPO UN ACCESORIO INDEPENDIENTE DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO PRINCIPAL, SE NOS PERMITA OFERTAR EL MONITOR DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
397413	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS, PUNTO 3.1	DE CADA FABRICANTE, SIN TENER QUE REFERENCIAR LA CÉDULA 531.619.0411.03.01, ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE LA CANTIDAD TOTAL DE ELECTRODOS COMPATIBLES CON LA RESONANCIA MAGNÉTICA QUE SE VAN A REQUERIR, YA QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRAN SOLICITADOS EN LA CÉDULA 531.791.0066.00.01. ¿NOS ACLARA LA CANTIDAD TOTAL?	DEBE OFERTAR UN TOTAL DE 700 ELECTRODOS, ES DECIR LA SUMA DE LOS ELECTRODOS SOLICITADOS EN CADA NUMERAL AL RESPECTO.
397414	TÉCNICO	DESCRIPCIÓN CÉDULA RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS PUNTOS DE LA CÉDULA 1.1,1.2,1.8,2.3 Y 2.6 DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO, ESTO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ¿ES CORRECTO? SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO DE ACUERDO A NUESTRA NOMENCLATURA COMO "CONEXIÓN ETHERNET RJ45 10/100/100 MBPS. ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITA LOS NUMERALES EN LO QUE SE DEBERE MENCIONAR LA MARCA Y MODELO, SIN QUE DEBAN SER DE LA MISMA QUE EL EQUIPO PRINCIPAL. SE ACEPTA, PUEDE REFERENCIAR CONEXION ETHERNET RJ45 10/100/100 MBPS. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
397415	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS, PUNTO 1.8.5	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR DE A CUERDO A NUESTRA NOMENCLATURA ESTE PUNTO COMO TARIETA DE RED DE 1GBIT/S, SIENDO ESTA UNA CAPACIDAD SUPERIOR A LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR TARIETA DE RED DE 1GBIT/S. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
397416	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS, PUNTO 2.3.4	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SOLICITE QUE LA ANTENA SEA DE 16 CANALES O 16 ELEMENTOS O MAYOR, ESTO CON LA FINALIDAD DE PONDER ATENDER A TODO TIPO DE PACIENTES INDEPENDIENTEMENTE DE LA TALLA O PESO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
397417	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS, PUNTO 2.4.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SOLICITE QUE LA ANTENA SEA DE 16 CANALES O 16 ELEMENTOS O MAYOR, ESTO CON LA FINALIDAD DE PONDER ATENDER A TODO TIPO DE PACIENTES INDEPENDIENTEMENTE DE LA TALLA O PESO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
397418	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS, PUNTO 2.4.4	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SOLICITE QUE LA ANTENA SEA DE 16 CANALES O 16 ELEMENTOS O MAYOR, ESTO CON LA FINALIDAD DE PONDER ATENDER A TODO TIPO DE PACIENTES	SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
397419	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS, PUNTO 2.4.6	INDEPENDIENTEMENTE DE LA TALLA O PESO,¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SOLICITE QUE LA ANTENA SEA DE 16 CANALES O 16 ELEMENTOS O MAYOR, ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN MEJOR DIAGNÓSTICO AL SER UNA ANTENA DE MAYOR PRECISIÓN,¿SE ACEPTA?	MODIFIQUE LA CONVOCATORIA. SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
397420	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS, PUNTO 2.3.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SOLICITE INCLUIR PANTALLAS LED, YA QUE ES UNA TECNOLOGÍA MAYOR Y ACTUALIZADA EN COMPARACIÓN COON LAS PANTALLAS LCD O TFT A COLOR,¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.
397421	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS, PUNTO 2.3.1	EN CASO DE QUE EL PUNTO ANTERIOR SEA NEGATIVO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO LED, SIIN QUE SEA MOTIFIVO DE DESCALIFICACIÓN,¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.
397422	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS, PUNTO 1.2	ENTENDEMOS QUE EL PESO DEL MAGNETO TIENE QUE SER CONSIDERO PARA NO DAÑAR LA ESTRUCTURA DEL HOSPITAL, POR LO QUE SUGERIMOS QUE EL PESO DEL MAGNETO SEA SOLICITADO DE 3.5 TONELADAS O MENOR,¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTO, EL EQUIPO SE INSTALARA EN UNA PLANTA BAJA POR LO QUE LA CARATERISTICA QUE MENCIONA NO ES RELEVANTE EN ESTA LICITACION.
397423	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS, PUNTO 1.6	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN ESPESOR DE CORTE DE 0.5 MM PARA LAS SECUENCIAS 2D Y UN ESPESOR DE CORTE DE 0.05 MM PARA LAS SECUENCIAS 3D ,DADO A QUE LAS ADQUISICIONES EN 2D SON SECUENCIAS BIDIMENSIONALES Y 3D SON SECUENCIAS TRIDIMENSIONALES ISOTRÓPICAS LOS ESPESORES ENTRE AMBAS SECUENCIAS SON TOTALMENTE DIFERENTES, CON EL BENEFICIO DE QUE EN AMBAS SECUENCIAS SE PUEDAN REALIZAR RECONSTRUCCIONES MULTIPLANARES CON CORTES MÁS DELGADOS Y PREFERENTEMENTE CON VÓXELES	SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			ISÓTROPAS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LAS SECUENCIAS E IMÁGENES ADQUIRIDAS. ¿SE ACEPTA?	
397424	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS, PUNTO 1.8.4	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CAPACIDAD MAYOR A 22,000 IMÁGENES POR SEGUNDO, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
397425	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS, PUNTO 2.1.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO DE ACUERDO A NUESTRA NOMENCLATURA COMO "WATER-FAT-SHIFT", ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PUEDE REFERENCIAR COMO WATER-FAT-SHIFT SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
397426	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS, PUNTO 2.1.7	DADO QUE EL HOSPITAL REQUIERE CONTAR CON LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA DISPONIBLE EN EL MERCADO PARA PODER CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE COMO REQUISITO INDISPENSABLE QUE EL EQUIPO CUENTE CON SECUENCIAS DE ESPECTROSCOPIA PARA DIFERENTES ANATOMÍAS COMO CEREBRO, MAMA, PRÓSTATA E HÍGADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SUGERENCIA?	NO SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR SECUENCIAS DE ESPECTROSCOPIA PARA DIFERENTES ANATOMÍAS COMO CEREBRO, MAMA, PROSTATA E HIGADO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
397427	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS, PUNTO 2.1.9	DADO QUE EL HOSPITAL REQUIERE CONTAR CON LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA DISPONIBLE EN EL MERCADO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA REQUISITO INDISPENSABLE QUE TODOS LOS PARTICIPANTES OFERTEN UN MÉTODO AUTOMÁTICO DE SUPRESIÓN DE AGUA, LÍPIDOS EN LAS SECUENCIAS DE ESPECTROSCOPIA PARA HÍGADO GRASO, ¿SE ACEPTA NUESTRA SUGERENCIA?	NO SE ACEPTA, COMO OPCION PUEDE OFERTAR METODO AUTOMÁTICO DE SUPRESIÓN DE AGUA Y LÍPIDOS, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL GUANAJUATO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

Licitante: 2. GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. -----

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
397377	TÉCNICO	PUNTO 3.3 CEDULA TECNICA DE RESONANACIA MAGNETICA DE 1.5 TESLAS	SOLICITAMOA A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR GADOLINIO 0.5 MMOL/ML. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR EN ESA CONCENTRACION MENOR, PERO DEBERA OFERTAR 500 PIEZAS DE 15 ML, PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
397378	LEGAL - ADMINISTRATI VA	ANEXO XXI RELACION DE DOCUMENTOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACTUALIZAR EL FORMATO, YA QUE HABLA DE PARTIDAS Y DOCUMENTOS QUE NO APLICAN A LA PARTIDA DE RESONANCIA MAGNÉTICA: PARA LAS PARTIDAS, 14 A LA 105, DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICADO VIGENTE DE CALIDAD DEL ACERO INOXIDABLE Y CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2015 O MÁS ACTUAL DEL FABRICANTE Y YA SEAN LOS INSTRUMENTOS QUE OFERTE DE NATURALEZA NACIONAL O IMPORTADA, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE LA CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOEPA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL ACERO INOXIDABLE	FAVOR DE ATENDER LA ACLARACIÓN GENERAL DE LA CONVOCANTE.
397379	LEGAL - ADMINISTRATI VA	ANEXO XXI RELACIÓN DE DOCUMENTOS	PARA TODAS LAS PARTIDAS; EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR 3 CARTAS POR PARTE DE FIGURAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES ADEMÁS DEL IMSS EN LA QUE VERSE QUE EL PROVEEDOR CUMPLE CABALMENTE CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES Y TRÁMITES RESPECTIVOS EN TORNADO AL CONTRATO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINAR ESTE PUNTO, YA QUE CON LA ENTREGA DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
397380	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO XXI RELACIÓN DE DOCUMENTOS	INSTALACIÓN DEL (LOS) BIEN (ES); SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE REFIERE A LA VISITA REALIZADA	LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION: 4.2, 4.2 A, 4.2 B, 4.2 C, 4.2 D, 4.2 E, 4.3, 4.4, 4.5 Y 4.6 SOLO SON PRESENTADAS POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO DURANTE LA ENTREGA DE PARTIDAS.
397381	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO XXI RELACIÓN DE DOCUMENTOS	CARTA RELATIVA A CONSUMIBLES Y ACCESORIOS; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTA CARTA SE DEBE INCLUIR EN LA PROPUESTA O SOLO PARA EL LICITANTE ADJUDICADO	LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION: 4.2, 4.2 A, 4.2 B, 4.2 C, 4.2 D, 4.2 E, 4.3, 4.4, 4.5 Y 4.6 SOLO SON PRESENTADAS POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO DURANTE LA ENTREGA DE PARTIDAS.
397382	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO XXI RELACIÓN DE DOCUMENTOS	FORMATO DE ACCESORIOS (GRUPO 526) EDITABLE; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTA CARTA SE DEBE INCLUIR EN LA PROPUESTA O SOLO PARA EL LICITANTE ADJUDICADO	LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION: 4.2, 4.2 A, 4.2 B, 4.2 C, 4.2 D, 4.2 E, 4.3, 4.4, 4.5 Y 4.6 SOLO SON PRESENTADAS POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO DURANTE LA ENTREGA DE PARTIDAS.
397383	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO XXI RELACIÓN DE DOCUMENTOS	FORMATO DE CONSUMIBLES (GRUPO 379) EDITABLE; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTA CARTA SE DEBE INCLUIR EN LA PROPUESTA O SOLO PARA EL LICITANTE ADJUDICADO	LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION: 4.2, 4.2 A, 4.2 B, 4.2 C, 4.2 D, 4.2 E, 4.3, 4.4, 4.5 Y 4.6 SOLO SON PRESENTADAS POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO DURANTE LA ENTREGA DE PARTIDAS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

Licitante: 3. LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
396045	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PUNTO 2.6	<p>EN RELACIÓN A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA EL PUNTO 2.6 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO UN INYECTOR DUAL CON BOMBEO DE MEDIO DE CONTRASTE POR MEDIO DE BOMBA DE RODILLOS PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE EVITANDO DESPERDICIO DE MEDIOS DE CONTRASTE ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR INYECTOR DUAL CON BOMBEO DE MEDIO DE CONTRASTE POR MEDIO DE BOMBA DE RODILLOS, DEBE CUMPLIR CON LA CARACTERÍSTICA DE ANTIMAGNÉTICA.SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
396074	TÉCNICO	CEDULA DESCRIPCION DEL ARTICULO PUNTO 3.2	<p>PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE PROPUESTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOS CONSUMIBLES PARA DICHO SISTEMA CON EL OBJETIVO DE ACREDITAR LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.2 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO ESTOS CUENTAN CON CLAVE DE CUADRO BÁSICO Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE, SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:</p> <p>MANGUERAS DE 24 HORAS 200 PIEZAS CLAVE DE CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL 379.903.4461.00.01 DESCRIPCIÓN TUBO DE LA BOMBA PARA USO DE 24 HORAS CON TRES PUNTAS, DOS SON PARA LOS CONTRASTES Y UNO ES PARA LA SOLUCIÓN SALINA, INTEGRADO CON UNA UNIDAD DE DETECTOR DE PRESION Y UNA UNIDAD DE FILTRO DE PARTICULAS DESECHABLE, ESTERIL, LIBRE DE LATEX PRESENTACIÓN</p> <p>MANGUERAS DE PACIENTE 200 PIEZAS CLAVE DE CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR INYECTOR DUAL CON BOMBEO DE MEDIO DE CONTRASTE POR MEDIO DE BOMBA DE RODILLOS, DEBE CUMPLIR CON LA CARACTERÍSTICA DE ANTIMAGNÉTICA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

		<p>379.903.4396.00.02</p> <p>DESCRIPCIÓN</p> <p>TUBO DE PACIENTE DE 250CM DE LARGO CON DOS VALVULAS ANTI-REFLUJO QUE NO CONTIENE PIROGENO NI LATEX PARA INYECCIONES DE MEDIOS DE CONTRASTE, MANGUERA DESECHABLE Y ESTERIL PRESENTACIÓN: PIEZA NÚMERO DE CATALOGO: XD2040. PARA SU USO EN EL EQUIPO: INYECTOR AMBOS CONSUMIBLES CUENTA CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE. SE ACEPTA? SIN QUE SEA OBLIGATORIA A OTROS PARTICIPANTES OFERTARLO DE ESTA MANERA.</p>	
--	--	--	--

Licitante: 4. MANPRE, S.A. DE C.V.

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
397225	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCION TECNICA PARTIDA 1, PUNTO 2.19	"CEDULA DE DESCRIPCION TECNICA PARTIDA 1, PUNTO 2.19 UN EQUIPO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DE PACIENTE (CON PROTECCION ANTIMAGNÉTICA) PREI: 21429. PUNTO 1.3.2.- SOLICITAN PROTECCION CON GOTEO MINIMO DE IPX1 O MAYOR, SOLICITAMOS PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION QUE ESTE PUNTO SEA DE MANERA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?"	NO SE ACEPTA, EL PUNTO NO ES OPCIONAL, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
397226	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCION TECNICA PARTIDA 1, PUNTO 2.19	"CEDULA DE DESCRIPCION TECNICA PARTIDA 1, PUNTO 2.19 UN EQUIPO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DE PACIENTE (CON PROTECCION ANTIMAGNÉTICA) PREI: 21429 PUNTO 1.4.4.- SOLICITAN RESPIRACION POR IMPEDANCIA, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN EQUIPO CON CAPNOGRAFIA PARA MEDIR LA RESPIRACION EN LA VIA AEREA ¿ SE ACEPTA?"	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR UN EQUIPO CON CAPNOGRAFIA PARA MEDIR LA RESPIRACION EN LA VIA AEREA, SU PROPUUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
397227	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCION	"CEDULA DE DESCRIPCION TECNICA PARTIDA 1,	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENCRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
	TECNICA PARTIDA 1, PUNTO 2.19		PUNTO 2.19 UN EQUIPO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DE PACIENTE (CON PROTECCION ANTIMAGNÉTICA) PREI: 21429 PUNTO 1.15.- SOLICITAN PESO DE 7.5 KG, SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA DE ACUERDO AL PESO DE CADA FABRICANTE. PESO DE 23 KG, YA QUE ESTAN SOLICITANDO SOPORTE RODABLE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?"	ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
397228	TÉCNICO CEDULA DE DESCRIPCION TECNICA PARTIDA 1, PUNTO 2.19		PARA ESTA LICITACIÓN SOLICITAN UN EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA CON SU RESPECTIVA CEDULA DE ESPECIFICACIONES CON CLAVE 531.791.0066.00.01 Y UN MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CEDULA DE ESPECIFICACIONES CON CLAVE 531.619.0411.03.01, ENTENDEMOS QUE AMBOS EQUIPOS PERTENECEN A UNA PARTIDA Y QUE POR ESO SE HACE MENCIÓN EN EL PUNTO 2.19 DE LA CEDULA DEL EQUIPO DE RESONANCIA AL EQUIPO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES CON PROTECCIÓN ANTIMAGNÉTICA, AMBOS FORMAN PARTE DE LA PARTIDA 1, ES CORRECTO?	ES CORRECTO, ES UNA SOLA PARTIDA.
397229	TÉCNICO RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS		PUNTO 1.2. SOLICITAN UN MAGNETO SUPER CONDUCTOR, ENTENDEMOS QUE EL PESO DEL MAGNETO ES IMPORTANTE PARA LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO QUE RECIBIRÁ ESTE EQUIPO, POR LO QUE SUGERIMOS QUE EL PESO DEL MAGNETO SEA DE 3.500 KG O MENOR Y DE ESTA FORMA TENER LA SEGURIDAD DE QUE EL EDIFICIO NO SUFRIRÁ CON EL PASO DEL TIEMPO DAÑOS ESTRUCTURALES, ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EL EQUIPO SE INSTALARA EN UNA PLANTA BAJA POR LO QUE LA CARATERISTICA QUE MENCIONA NO ES RELEVANTE EN ESTA LICITACION.
397230	TÉCNICO RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS		"PUNTO 1.8.5. INTERFASE DE RED ETHERNET 100 /1000 BASE T SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS CONFIRME QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A LA CONEXIÓN ETHERNET RJ45 10/100/1000 MBPS	ES CORRECTO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
397231	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS	<p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?"</p> <p>"PUNTO 2.1.1. MÉTODO DE SEPARACIÓN DE AGUA Y GRASA POR DIXON O MDIXON O WFS O IDEAL SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LAS ABREVIATURAS EN INGLES WFS HACEN REFERENCIA A LA TÉCNICA WATER-FAT SHIFT Y DE SER ASÍ PODER OFRECER ESTE MÉTODO SOLICITADO, YA QUE DE ESTA MANERA ES COMO SE EXPRESA EN NUESTROS MANUALES Y CATÁLOGOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?"</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
397232	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS	<p>PUNTO 2.3.1. ¿PODRÍA CONSIDERARSE LA POSIBILIDAD DE ACTUALIZAR ESTE REQUISITO E INCLUIR PANTALLAS LED, UNA TECNOLOGÍA MÁS ACTUAL Y VENTAJOSA EN COMPARACIÓN CON LAS PANTALLAS LCD O TFT A COLOR DE 19 PULGADAS O MAYORES? ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE LA ADOPCIÓN DE PANTALLAS LED MEJORARÍA SIGNIFICATIVAMENTE LA CALIDAD VISUAL Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, Y NOS GUSTARÍA CONTAR CON SU APROBACIÓN PARA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON ESTA SUGERENCIA.</p>	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.
397286	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS	<p>"PUNTO 1.6. ESPESORES DE CORTE EN 3D DE 0.1MM O MENOR Y EN 2D DE 0.5 MM O MENOR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN ESPESOR DE CORTE DE 0.5 MM PARA LAS SECUENCIAS 2D Y UN ESPESOR DE CORTE DE 0.05 MM PARA LAS SECUENCIAS 3D DADO A QUE LAS ADQUISICIONES EN 2D SON SECUENCIAS BIDIMENSIONALES Y 3D SON SECUENCIAS TRIDIMENSIONALES ISOTRÓPICAS LOS ESPESORES ENTRE AMBAS SECUENCIAS SON TOTALMENTE DIFERENTES, CON EL BENEFICIO DE QUE EN AMBAS SECUENCIAS SE PUEDAN REALIZAR RECONSTRUCCIONES MULTIPLANARES CON CORTES MÁS DELGADOS Y PREFERENTEMENTE CON</p>	SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
 ESTADAL GUANAJUATO
 JEFEATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
397287	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS	VÓXELES ISÓTROPOS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LAS SECUENCIAS E IMÁGENES ADQUIRIDAS. "PUNTO 1.8.4. CAPACIDAD DE RECONSTRUCCIÓN DE 22,000 IMÁGENES/SEGUNDO O FFT/SEGUNDO O MAYOR EN MATRIZ DE 256 X 256 CON CAMPO DE VISIÓN COMPLETO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS CONFIRME PODER OFERTAR UNA CAPACIDAD MAYOR A 22,000 IMÁGENES POR SEGUNDO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?"	SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
397288	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS	"PUNTO 2.1.7. SECUENCIAS DE ESPECTROSCOPIA MONOVÓXEL Y MULTIVÓXEL O CSI. ENTENDEMOS QUE AL SER ESTE UN HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD SE SOLICITA SECUENCIAS DE ESPECTROSCOPIA PARA DIFERENTES ANATOMÍAS COMO CEREBRO, MAMA, PRÓSTATA, E HÍGADO Y QUE ESTE TIPO DE SECUENCIAS SOLICITADAS SE REQUISITO INDISPENSABLE A OFERTAR EN ESTE EQUIPO DERIVADO DE LA ALTA ESPECIALIDAD DEL HOSPITAL Y DE ESTA MANERA PODER CUBRIR TODAS SUS NECESIDADES, DE REALIZAR ESTUDIOS DE ESPECTROSCOPIA EN CUALQUIER ANATOMÍA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN"	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, PUEDE OFERTAR SECUENCIAS DE ESPECTROSCOPIA PARA DIFERENTES ANATOMIAS COMO CEREBRO, MAMA, PROSTATA, E HIGADO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
397289	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS	"2.1.9. SECUENCIAS DE ESPECTROSCOPIA PARA HÍGADO O MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN DE GRASA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS CONFIRME QUE AL SOLICITAR SECUENCIAS DE ESPECTROSCOPIA PARA HÍGADO GRASO ESTAS DEBERÁN DE CONTAR CON UN MÉTODO AUTOMÁTICO DE SUPRESIÓN DE AGUA, LÍPIDOS Y QUE ESTE TIPO DE SECUENCIAS SOLICITADAS SE REQUISITO INDISPENSABLE PARA TODOS LOS	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, PUEDE OFERTAR METODO AUTOMATICO DE SUPRESIÓN DE AGUA Y LIPIDOS, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
397290	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS	PARTICIPANTES POR NECESIDADES DE ALTA ESPECIALIDAD DEL HOSPITAL, YA QUE APROXIMADAMENTE EL 30% DE LA POBLACIÓN EN MÉXICO PADECE ESTA ENFERMEDAD. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?" PUNTO 2.4.3. SOLICITAN UNA ANTENA DEDICADA PARA HOMBRO DE 8 CANALES O 6 ELEMENTOS, HACEMOS LA SUGERENCIA QUE CON LA FINALIDAD DE PODER ATENDER A TODO TIPO DE PACIENTES INDEPENDIENTEMENTE DE LA TALLA O PESO, ESTA ANTENA SEA DE 16 CANALES O MAYOR, DEBIDO A QUE UNA ANTENA DE 16 CANALES PROPORCIONA UNA MAYOR ÁREA Y DIMENSIONES PARA EL ESTUDIO, DE ESTA MANERA CONTARIAN CON UNA ANTENA TOTALMENTE FUNCIONAL PARA REALIZAR ESTUDIOS DE HOMBRO, DE LO CONTRARIO, CON PACIENTES GRUESOS DEBERÁN UTILIZAR UNA DE LAS ANTENAS FLEXIBLES PARA CUBRIR EL TOTAL DEL ÁREA A ESCANEAR, PERDIENDO INFORMACIÓN EN LAS IMÁGENES AL NO SER UNA ANTENA DEDICADA A LA ANATOMÍA DE HOMBRO.	SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
397291	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS	ENTENDEMOS QUE LOS PUNTOS DE LA CEDULA 1.1, 1.2, 1.8, 2.3. Y 2.6. DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO, ESTO CON LA FINALIDAD GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN EL SERVICIO, ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITA LOS NUMERALES EN LO QUE SE DEBERE MENCIONAR LA MARCA Y MODELO, SIN QUE DEBAN SER DE LA MISMA QUE EL EQUIPO PRINCIPAL.
397292	TÉCNICO	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE (CON PROTECCIÓN ANTIMAGN)	EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA EN EL PUNTO 3.1. SOLICITAN 200 ELECTRODOS COMPATIBLES CON LA RESONANCIA MAGNÉTICA Y EN LA CEDULA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES EN EL PUNTO 3.1.1. 500 PIEZAS DE ELECTRODOS PARA ECG, ADULTO/PEDIÁTRICOS TAMBIÉN PARA USO CON EL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA, ES CORRECTO OFERTAR AMBAS CANTIDADES DE	ES CORRECTO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL GUANAJUATO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
397293	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS	ELECTRODOS? PUNTO 2.4.4. SOLICITAN UNA ANTENA DEDICADA PARA RODILLA DE 8 CANALES O MAYOR, HACEMOS LA SUGERENCIA QUE CON LA FINALIDAD DE PODER ATENDER A TODO TIPO DE PACIENTES INDEPENDIEMENTE DE LA TALLA O PESO, ESTA ANTENA SEA DE 16 CANALES O MAYOR, DEBIDO A QUE UNA ANTENA DE 16 CANALES PROPORCIONA UNA MAYOR ÁREA Y DIMENSIONES PARA EL ESTUDIO CON PERNAS GRUESAS, DE ESTA MANERA CONTARÁN CON UNA ANTENA TOTALMENTE FUNCIONAL PARA REALIZAR ESTUDIOS DE RODILLA, DE LO CONTRARIO, CON PACIENTES GRUESOS DEBERÁN UTILIZAR UNA DE LAS ANTENAS FLEXIBLES PARA CUBRIR EL TOTAL DEL ÁREA A ESCANEAR, PERDIENDO INFORMACIÓN EN LAS IMÁGENES AL NO SER UNA ANTENA DEDICADA A LA ANATOMÍA DE RODILLA.	SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
397294	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS	PUNTO 2.4.6. ¿SOLICITAN ANTENA DE MAMA DE 8 CANALES O MAYOR, NOS PERMITIMOS SUGERIR, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UNA ANTENA QUE TENGA LA POSIBILIDAD DE OBTENER IMÁGENES DE MAYOR AYUDA AL DIAGNÓSTICO, LA ANTENA SOLICITADA DEBA SER DE 16 CANALES O MAYOR, SIENDO ESTA ANTENA MÁS ROBUSTA Y DE MAYOR PRECISIÓN EN LA CALIDAD DE IMAGEN QUE SE GENERA, SE ACEPTA?	SE ACEPTA, YA QUE LO QUE CONSULTA ESTA DENTRO DEL RANGO PERMITIDO EN EL NUMERAL QUE CITA. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
397295	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS	PUNTO 2.3.4. SOLICITAN INTERFASE DE RED ETHERNET 100/100 BASE T, EN LA NOMENCLATURA QUE SE EXPRESA EN NUESTRA LITERATURA, MENCIONA UNA TARJETA DE RED DE 1GBIT/S, SIENDO ESTA CAPACIDAD SUPERIOR A LO SOLICITADO, POR LO QUE SOLICITAMOS EL PODER OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR TARJETA DE RED DE 1GBIT/S. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
397296	TÉCNICO	RESONANCIA MAGNÉTICA DE	EL 80 % DE LAS RESONANCIAS SON SUSCEPTIBLES A	NO SE ACEPTA, PERO PUEDE OFERTAR MAGNETO SELLADO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
397297	TÉCNICO	1.5 TESLAS	<p>EVENTOS DE QUENCH, NUESTRA TECNOLOGÍA BLUOSEAL HACE REFERENCIA A UN MAGNETO COMPLETAMENTE SELLADO CON UN SISTEMA DE MICRO-ENFRIAMIENTO, OCUPANDO ÚNICAMENTE 7 LITROS DE HELIO EN TODA SU VIDA ÚTIL SIN REQUERIR LA INSTALACIÓN DE TUBO DE QUENCH Y RECARGAS ADICIONALES DE HELIO, DISMINUYENDO CONSIDERABLEMENTE LOS RIESGOS DE EVENTOS DE QUENCH LOS CUALES TIENEN UN COSTO APROXIMADO DE MXN 3,000,000., ADICIONALMENTE CONTAR CON UN EQUIPO DE ESTA TECNOLOGÍA, MINIMIZA EL TIEMPO QUE EL EQUIPO ESTARÍA FUERA DE FUNCIONAMIENTO YA QUE UN EVENTO DE ESTA NATURALEZA PUEDE SER ATENDIDO HASTA VÍA REMOTA, BAJANDO EL CAMPO, REALIZANDO LAS ACCIONES NECESARIAS Y LEVANTANDO EL CAMPO MAGNÉTICO EN UN PERIODO DE 48 A 72 HORAS, REGRESANDO A USO NORMAL EL EQUIPO Y PUDIENDO CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS PROGRAMADOS, POR TAL MOTIVO CREEMOS QUE ESTA TECNOLOGÍA ES DE ALTO VALOR PARA EL INSTITUTO, POR LO QUE NOS PERMITIMOS SUGERIR QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBIERAN CUMPLIR CON ENFRIAMIENTO DE HELIO DE 10 LITROS O MENOR, SE ACEPTA?</p> <p>¿ENTENDEMOS QUE AL TRATARSE DE UNA SUSTITUCIÓN DE UN EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN DESUSO, SIN POSIBILIDAD DE SER REUTILIZADO, NO DEBEREMOS CONTEMPLAR EMBALAR EL EQUIPO EN CAJAS DE MADERA, SIENDO ESTE COSTO INNECESARIO POR LA NATURALEZA DEL REMPLAZO DE ESTE EQUIPO Y QUE EL INSTITUTO NOS SEÑALARA AL INTERIOR DEL ÁREA DEL HOSPITAL DONDE SE DEJARA ESTE EQUIPO A DISPOSICIÓN DEL PROPIO INSTITUTO, ES ESTO</p>	<p>CON UN SISTEMA DE MICRO-ENFRIAMIENTO, OCUPANDO ÚNICAMENTE 7 LITROS DE HELIO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
	RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS			<p>NO ES CORRECTO, EL LICITANTE GANADOR REALIZARA LA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO RELIZANDO UN EMPLOYO DEL MISMO PARA SU RESGUARDO.</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			CORRECTO?	
397298	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO JUNTO CON CARTA DEL FABRICANTE DONDE SE ESPECIFIQUE EL NOMBRE DE LA EMPRESA FILIAL EN MÉXICO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO JUNTO CON CARTA DEL FABRICANTE DONDE SE ESPECIFIQUE EL NOMBRE DE LA EMPRESA FILIAL EN MÉXICO. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
397299	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PLAZO DE ENTREGA	DEBIDO A LA NATURALEZA DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A POR LO MENOS 120 DÍAS NATURALES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, NO SE MODIFICA EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS.
397313	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	DEBIDO A QUE ACTUALMENTE EL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO DEL FABRICANTE UTILIZAN LA FIRMA DIGITAL PARA LA FIRMA DE CUALQUIER CARTA, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA CERTIFICADA POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-151-SCFI-2016 PARA LOS DOCUMENTOS DE FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO QUE DEBAMOS PRESENTAR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. DEBERA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
397314	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXOS, FORMATOS, ESCRITOS	"ENTENDEMOS QUE LAS ANEXOS, FORMATOS Y ESCRITOS QUE SE ANEXEN EN NUESTRA PROPUESTA DEBERÁN ESTAR DIRIGIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL GUANAJUATO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	ES CORRECTA SU APRECIACION.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			PRESENTE ¿ES ESTO CORRECTO?"	

Licitante: 5. MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
396149	TÉCNICO	CARTA DE APOYO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE APOYO FIRMADA POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O FABRICANTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL EN MEXICO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, LA CARTA DE APOYO PUEDE SER EXPEDIDA POR TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O FABRICANTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL EN MEXICO, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
396150	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN PUNTO 2.4.2	EN EL ENTENDIDO DE QUE CANALES Y ELEMENTOS SON EQUIVALENTES, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO UNA BOBINA O ANTENA RECEPTORA DE COLUMNA COMPLETA DE 32 ELEMENTOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR BOBINA O ANTENA RECEPTORA DE COLUMNA COMPLETA DE 32 ELEMENTOS, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
396151	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN PUNTO 2.4.4	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ANTENA DE RODILLA DEDICADA DE 8 CANALES U 8 ELEMENTOS, DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR ANTENA DE RODILLA DEDICADA DE 8 CANALES U 8 ELEMENTOS, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
396152	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN PUNTO 2.4.5	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA NOS OFERTAR UNA ANTENA DE TÓRAX O	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR ANTENA DE TÓRAX O ABDOMEN O CUERPO DE 32 CANALES O 32 ELEMENTOS, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
396153	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN PUNTO 2.4.6	<p>ABDOMEN O CUERPO DE 32 CANALES O 32 ELEMENTOS, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ANTENA DE MAMA DE 8 CANALES U 8 ELEMENTOS O MAYOR, DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p> <p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR ANTENA DE MAMA DE 8 CANALES U 8 ELEMENTOS O MAYOR, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
396154	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN PUNTO 2.4.8	<p>PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ANTENA DE PIE/TOBILLO DE 8 CANALES U 8 ELEMENTOS O MAYOR, DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR ANTENA DE PIE/TOBILLO DE 8 CANALES U 8 ELEMENTOS O MAYOR, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
396155	TÉCNICO	ANEXOS	<p>ENTENDEMOS QUE LOS SIGUIENTES ANEXOS 4.3-4.3A,4.3B,4.3C,4.3D4.3 E, 4.4-4.4, 4.5 SE DEBERAN ENTREGAR ÚNICAMENTE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ¿ES CORRECTO?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
396156	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN PUNTO 2.4.4 Y 2.4.8	<p>ES CORRECTO ENTENDER QUE SI LA ANTENA DE 8 CANALES U 8 ELEMENTOS FUNCIONA Y ES LA MISMA PARA LA RODILLA Y PIE/TOBILLO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ¿PODEMOS OFERTAR SOLO UNA PARA AMBOS PUNTOS?</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SOLO UNA ANTENA O PARA AMBOS PUNTOS, POR TRATARSE DE UNA CARACTERISTICA PARTICULAR DE SU TECNOLOGIA,SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.</p>
396157	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN PUNTO 1.7.3	<p>SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE QUE EL INSTITUTO ADQUIERA UN SISTEMA DE MRI DE ÚLTIMA GENERACIÓN, SE OFERTE EN EL PUNTO 1.7.3 UN EQUIPO CON RECEPTOR DE RF DE 128 CANALES, DE ESTA MANERA SE OBTENDRÍA UN SISTEMA PREPARADO PARA ASÍ EVITAR OBSOLENCIA Y ACTUALIZABLE DURANTE EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL SOLICITADO ¿SE ACEPTA?</p>	<p>FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.</p>
396158	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN	<p>A FIN DE QUE EL INSTITUTO ADQUIERA UN EQUIPO</p>	<p>FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
		PUNTO 1.2	DE RESONANCIA DE ÚLTIMA GENERACIÓN, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE DEBA OFERTAR PARA EL PUNTO 1.2 UN MAGNETO SUPERCONDUCTOR CON UN SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RUIDO DEL 99%, YA QUE PARA LAS SECUENCIAS BOLD SOLICITADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS FUNCIONALES EN PACIENTES NEUROPATICOS, ES NECESARIO TENER NIVELES DE RUIDO EXTREMADAMENTE BAJOS, ¿SE ACEPTA?	
396159	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN PUNTO 1.7.4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, SE SOLICITE EN EL PUNTO 1.7.4 UN EQUIPO DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, COMO LA ADQUISICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) LO CUAL INCREMENTA EXPONECIALMENTE LA CALIDAD DE LAS IMÁGENES ADQUIRIDAS, ASI COMO ACORTA EL TIEMPO DE PERMANENCIA DE LOS PACIENTES EN LA SALA. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES.
396160	TÉCNICO	CEDULA DE DESCRIPCIÓN PUNTO 2.19	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES, SE PERMITA OFERTAR EL EQUIPO CUMPLA CON LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN MAGNÉTICA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
396376	TÉCNICO	ANEXO 1 TÉCNICO	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CLAVE SAI 531.791.0066 CORRESPONDE AL GRUPO EQUIPO MÉDICO, ESPECIALIDAD MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS, SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA	ES CORRECTO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
396377	TÉCNICO	ANEXO 1 TÉCNICO	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CLAVE SAI 531.791.0066 PERTENECE AL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL.	ES CORRECTO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
396378	TÉCNICO	ANEXO 1 TÉCNICO	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EFECTOS DE	ES CORRECTO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			APLICACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES SERÁN CONSIDERADOS EL GRUPO, LA ESPECIALIDAD Y/O SERVICIO A LA QUE SE CLASIFICA LA CLAVE SAI 531.791.0066	

Licitante: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V. S.A. DE C.V.

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
396978	TÉCNICO	PUNTO 1.8.7 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS	CON RELACIÓN AL PUNTO 1.8.7. "SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES EN CD O DVD". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA CUMPLIR ESTE PUNTO A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE UN GRABADOR DE CD/DVD EXTERNO CONECTABLE VÍA USB A LA COMPUTADORA DE ADQUISICIÓN, TODA VEZ QUE CON ESTA INTEGRACIÓN PODEMOS CUMPLIR CABALMENTE EL ALCANCE SOLICITADO EN EL PUNTO REFERIDO Y CON COMPLETA COMPATIBILIDAD PARA EL SISTEMA DE MR, PROMOVRIENDO ASÍ UN FLUJO DE TRABAJO EFICIENTE PARA EL ARCHIVADO DE PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR INSTALACION DE UN GRABADOR DE CD/DVD EXTERNO CONECTABLE VIA USB A LA COMPUTADORA DE ADQUISICION. SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.
396979	TÉCNICO	PUNTO 2.3.2.6 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS	CON RELACIÓN AL PUNTO 2.3.2.6. "CÁLCULO DE MAPA T2 O MUSCULOESQUELÉTICO O IMAGEN DE CONTRASTE MEJORADO". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER CUMPLIR ESTE PUNTO CONSIDERANDO LA LICENCIA MAPIT EN LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN, TODA VEZ QUE DICHO	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR LA LICENCIA MAPIT EN LA ESTACION DE ADQUISICION, SU PROPUESTA SERA SUJETA A LA EVALUACION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
396980	TÉCNICO	PUNTO 2.4.5 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS	<p>MAPEO MULTIPARAMÉTRICO SE REALIZA AL MOMENTO DE EJECUTAR LAS SECUENCIAS DE ADQUISICIÓN. ASEGURANDO ASÍ UN RESULTADO CLÍNICO ASERTIVO EN LAS EVALUACIONES DE CARTÍLAGO AL MOMENTO DE ESTAR EVALUANDO AL PACIENTE Y NO HASTA REALIZAR EL POST-PROCESO DE LAS IMÁGENES ¿SE ACEPTA?</p> <p>CON RELACIÓN AL PUNTO 2.4.5. "ANTENA DE TÓRAX O ABDOMEN 32 CANALES O 30 ELEMENTOS O MAYOR, CON COBERTURA DE 50CM O MAYOR.". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CUMPLIR ESTE PUNTO CON UNA SOLUCIÓN DE BOBINAS QUE, AL COMBINAR LA BOBINA DE CUERPO DE 18 CANALES MÁS UNA BOBINA FLEXIBLE DE 18 CANALES SE CONSIGA SIMULTÁNEAMENTE 36 CANALES DE RADIOFRECUENCIA O MAYOR PARA LA GENERACIÓN DE LA IMAGEN, ADEMÁS DE LA COBERTURA DE 50CM O MAYOR SOLICITADA, TODA VEZ QUE CON ESTA SOLUCIÓN, PODEMOS GENERAR IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN DE MANERA SIMULTÁNEA PARA ESTUDIOS DE MAYOR COBERTURA DE ÁREA Y DE UNA MANERA CÓMODA PARA EL PACIENTE SIN LA NECESIDAD DE REPOSICIONAR O INTERRUMPIR EL ESTUDIO Y OBTENIENDO ASÍ IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE ALTA ESPECIFICIDAD CLÍNICA PARA TÓRAX, ABDOMEN, CARDIOLOGÍA, CUERPO Y PELVIS ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, LAS BOBINAS O ANTENAS DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p>
396981	TÉCNICO	PUNTO 2.4.9 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS	<p>CON RELACIÓN AL PUNTO 2.4.9: "DOS ANTENAS FLEXIBLES CHICA Y MEDIANA DE 4 CANALES O MAYOR". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA CUMPLIR ESTE PUNTO CON DOS ANTENAS FLEXIBLES, UNA CHICA Y UNA GRANDE DE 4 CANALES O MAYOR, TODA VEZ QUE EL TAMAÑO DE AMBAS BOBINAS PERMITE CONSEGUIR</p>	<p>NO SE ACEPTA, LAS BOBINAS O ANTENAS DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL GUANAJUATO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS
 LA-50-GYR-050GYR027-T-187-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HGR NO.58

ID de la pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
396982	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, INCISO B) PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN	<p>EL MISMO ALCANCE SOLICITADO EN EL PUNTO ORIGINAL, OFRECIENDO UNA MAYOR ADAPTACIÓN EN ARTICULACIONES CHICAS, MEDIANAS Y GRANDES PARA OFRECER ASÍ A LOS CLÍNICOS LA MEJOR SOLUCIÓN DE ADAPTACIÓN Y ADQUISICIÓN PARA IMÁGENES EN LOS ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA ¿SE ACEPTA?</p> <p>SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y NO BENEFICIAR A UNA SOLA CASA COMERCIAL EN ESPECÍFICO, PUEDA AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA A 120 DÍAS O MENOR, TODA VEZ QUE LOS EQUIPOS NUEVOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA INICIAN SU FABRICACIÓN AL MOMENTO DE LA ADQUISICIÓN Y AL SER SISTEMAS COMPLEJOS, LA INTEGRACIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS TOMA TIEMPO, ADEMÁS DE QUE LA CREACIÓN DEL MAGNETO TAMBIÉN SE INICIA AL MOMENTO DE LA COMPRA PARA ASEGURAR LA ENTREGA DE UN MAGNETO NUEVO, POR LO TANTO ES IMPORTANTE ASEGURAR LA ADECUADA FABRICACIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES EN EL TIEMPO ADECUADO, ASÍ COMO LO CONSIDERAN LOS TIEMPOS DE ENTREGA EN ADQUISICIONES DE IMSS CENTRAL ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, NO SE MODIFICA EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS.

-----FIN DEL ACTA-----

