



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo., siendo las 09:00 horas, del día 23 de septiembre de 2024, en la sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Calle Arboledas No. 115 lotes 54 y 55, Zona Industrial La Paz C.P. 42080, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 de su Reglamento, así como del numeral 4 de la Convocatoria.

Quien preside el acto, el Lic. Christian Michel Rosas Cruz, Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de conformidad con el oficio 139001050100/JSA/00364/2024, servidor público de conformidad con lo establecido en el Numeral 5.3.8 Inciso b), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social; quien comunicó a los asistentes que de conformidad con el Artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan manifestado su interés en participar en esta Licitación a través de la Plataforma Integral CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto mediante dicho sistema.

Se hace constar que se encuentra presente el Mtro. Claudio Salvador Rodríguez Maldonado, representante del Órgano Interno de Control en el Instituto, cuya firma aparece al final de la presente acta.

De igual manera se hace constar que no se cuenta con testigo social, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 Ter de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De conformidad con al artículo 26 penúltimo párrafo de la Ley, se hace constar que no asistieron personas que manifestaran su interés de estar presente en este acto como observadores.

El Presidente del acto, fue asistido por el representante técnico de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas y por los representantes del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y escritos de interés en participar, a través de la Plataforma Integral CompraNet de los siguientes licitantes:

Table with 3 columns: NO., NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL, NUMERO DE PREGUNTAS. Rows include B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV, BROKER MEDICAL SA DE CV, COMERCIALIZADORA GRUPO LOUJOR SA DE CV, etc.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Table with 3 columns: NO., NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL, NUMERO DE PREGUNTAS. Rows include items 9 and 10, and a TOTAL row.

El representante del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante documento con fecha de recepción de 23 de septiembre de 2024, manifiesta que:

Con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dispone que la Secretaría de la Función Pública, podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, quinto del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 33 y 33 bis de la Ley; 46, fracciones IV y V, de su reglamento, se solicita a los representantes del área contratante, área requirente y/o técnica, en el ámbito de sus facultades a dar respuesta de forma clara y precisa a las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y sus anexos; además, se sugiere al área contratante consultar previamente el Diario Oficial de la Federación para verificar que los interesados que formulen aclaraciones a la Convocatoria y/o manifiesten interés en participar en el presente procedimiento no se encuentren inhabilitados.

En los términos del numeral 4.21 j) de las POBALINES, bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que en los procedimientos a celebrarse este día, por parte del suscrito no existe conflicto de intereses.

Finalmente, se sugiere considerar todas y cada de las solicitudes de aclaración por parte de los participantes, para que se tomen las previsiones correspondientes en cuanto a las posibles modificaciones susceptibles de realizarse a la Convocatoria del procedimiento de contratación y sus anexos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33, de la LAASSP y conforme al tramo de responsabilidad de cada una de las áreas contratante, requirente y/o técnica. Siendo todo lo que desea manifestar.

Acto seguido los representantes del área técnica manifiestan tener las siguientes modificaciones a la Convocatoria en la cual se establecen las bases de la Licitación en cita, mismas que servirían y actualizarían las condiciones del procedimiento de contratación en términos del artículo 33 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al numeral 4 de la misma:





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Table with 2 columns: NUMERAL and OBSERVACIÓN. Row 1: ANEXO NO. 2 (DOS) TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES. OBSERVACIÓN: SE PRECISA EL CALENDARIO PARA LA VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES PARA EL DÍA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:00 HRS. EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SALA DE LA RESIDENCIA DE OBRA DEL HGZ No. 5 TULA, UBICADA EN AVENIDA BENITO JUÁREZ NUMERO 121, LOCALIDAD DOXEY, MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, ESTADO DE HIDALGO, C.P.42965, PARA LO CUAL EL LICITANTE DEBERÁ DE PONERSE EN CONTACTO CON EL INGENIERO BIOMÉDICO DELEGACIONAL, PARA NOTIFICAR EL INTERÉS Y COORDINAR LA VISITA, AL CORREO ELECTRÓNICO DE edgar.hernandezt@imss.gob.mx, CON AL MENOS 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

Posteriormente, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los licitantes, así como las respuestas otorgadas, como se indican a continuación:

LICITANTE: B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES S.A. DE C.V.

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, RESPUESTA. Rows 1-5 detailing questions and answers regarding technical specifications for centrifuges.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, and RESPUESTA. It contains 13 rows of questions and answers regarding equipment specifications.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, RESPUESTA. Contains three rows of questions and answers regarding procurement procedures and documentation requirements.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

LICITANTE: BROKER MEDICAL S.A. DE C.V.

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, and RESPUESTA. It contains 7 rows of questions and answers regarding procurement specifications.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, RESPUESTA. Contains 9 rows of questions and answers regarding procurement specifications.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, RESPUESTA. Row 1: CONTRATO CORRESPONDIENTE

LICITANTE: COMERCIALIZADORA GRUPO LOUJOR S.A. DE C.V.

Main table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, RESPUESTA. Contains 10 rows of questions and answers regarding technical specifications and maintenance schedules.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, RESPUESTA. Contains rows 40-43.

LICITANTE: SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, RESPUESTA. Contains row 44.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, RESPUESTA. Contains rows 45, 46, 47, and 48.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, and RESPUESTA. It contains five rows of questions and answers regarding technical documentation and system specifications.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Table with 5 columns: NUMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, and RESPUESTA. It contains three rows of questions and answers regarding medical equipment specifications.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, and RESPUESTA. It contains three rows of questions and answers regarding system specifications for a digital pathology system.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			DE RESULTADOS, MIENTRAS QUE, LA COMUNICACIÓN ENTRE EL ESCANNER DEBE SER ENTRE EL LIS ANATOMÍA PATOLÓGICA, YA QUE TODA LA GESTIÓN Y LAS BUENAS PRÁCTICAS SEÑALADAS EN EL COLLEGE AMERICAN PATHOLOGISTH (CAP) ACERCA DE LA DIGITALIZACIÓN DE LAMINILLAS, CONOCIDA COMO PATOLOGÍA DIGITAL, INDICAN QUE LA GESTIÓN ES UN PROCESO QUE DEBE SER RESPONSABILIDAD DEL LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?	
59	16	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACION...	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: COMUNICACIÓN CON EL ESCÁNER SOBRE POR MEDIO DE MENSAJES Y EVENTOS CON PROTOCOLO HL7 PERMITIENDO LA INTEGRACIÓN CON LIS Y HIS. PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE, PARA INTEGRARSE CON UN HIS, DEBERÁ EXISTIR UNA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CONTINUA PARA RECIBIR SOLICITUDES DE EXÁMENES Y ENVIAR RESULTADOS DE LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, ENTRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y EL HIS ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
60	17	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACION...	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: COMUNICACIÓN CON EL ESCÁNER SOBRE POR MEDIO DE MENSAJES Y EVENTOS CON PROTOCOLO HL7 PERMITIENDO LA INTEGRACIÓN CON LIS Y HIS. PREGUNTA: EN EL SUPUESTO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR CONFIRME QUE DEBERÁ EXISTIR UNA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON EL HIS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA(S) MARCA(S) DEL (LOS) HIS (SI ES DE CASA COMERCIAL O SI ES DESARROLLADO INTERNAMENTE) Y CONFIRME SI LA COMUNICACIÓN SERÁ POR MENSAJERÍA HL7.	LA COMUNICACIÓN DEBERÁ DE SER BIDIRECCIONAL. LA COMUNICACIÓN PODRÍA SER UTILIZADA POR HL7, SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
61	18	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACION...	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: IMPORTACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES DE OTROS ESCÁNERES, ASÍ COMO IMÁGENES DE ANÁLISIS MACROSCÓPICO.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, POR IMPORTACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES, SE HACE REFERENCIA A QUE EL LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, DEBE PERMITIR QUE EN LA SECCIÓN DE MICROSCOPIA SE IMPORTEN IMÁGENES DE MANERA MANUAL EN FORMATO .JPG O .PNG, DESDE EL ARCHIVO DE IMÁGENES DEL COMPUTADOR QUE TENGA ACCESO AL SISTEMA, PARA SU VISUALIZACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
62	19	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACION...	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: OPCIÓN DE INTEGRACIÓN CON SISTEMAS DE CONTEO DE INMUNOHISTOQUÍMICA. PREGUNTA: COMPRENDEMOS QUE, PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, ES FUNDAMENTAL TENER EL REGISTRO DE LAS INMUNOHISTOQUÍMICAS REALIZADAS, POR LO QUE SE DEBE ESTABLECER UN MÓDULO EN EL SISTEMA LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA (EL CUAL LOS LICITANTES DEBERÁN DE INCLUIR EN SU PROPUESTA) , QUE POSIBILITA LA OBTENCIÓN DE ESTE ESTADÍSTICO Y SE FILTRE A TRAVÉS DE UN LAPSO DE TIEMPO QUE EL USUARIO DETERMINE, ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
63	20	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACION...	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: GESTIÓN DEL PACIENTE, PERMITIENDO REALIZAR LA BÚSQUEDA, REGISTRO, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE UN PACIENTE. PREGUNTA: DADO QUE LAS BUENAS PRÁCTICAS SEÑALADAS EN EL COLLEGE AMERICAN PATHOLOGISTH (CAP) EN RELACIÓN LA DIGITALIZACIÓN DE LAMINILLAS, CONOCIDA COMO PATOLOGÍA DIGITAL, INDICAN QUE LA GESTIÓN DEL PACIENTE ES UN PROCESO QUE DEBE SER SUSTENTADA MEDIANTE EL LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, ENTENDIENDO QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA PROPUESTA SE DEBERÁ OFERTAR UN LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EL CUAL DEBERÁ CONSIDERAR LA MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DEL PACIENTE Y, DEBIDO A LA CRITICIDAD, DEBE SER LLEVADA A CABO POR SOLO UN USUARIO QUE EL LABORATORIO DETERMINE, ¿SE	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PODRÁ OFERTAR SIN OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

L

NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			ACEPTA?	
64	21	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACION...	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: POSIBILIDAD DE FUSIONAR REGISTROS DUPLICADOS, PREGUNTA: DADO QUE LA POSIBILIDAD DE FUSIONAR REGISTROS DUPLICADOS ES UNA CARACTERÍSTICA PROPIA DE UN LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y NO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES DEL DIGITALIZADOR, ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, LOS LICITANTES DEBERÁN INCLUIR UN LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DENTRO DE SU PROPUESTA Y ESTE DEBERÁ DE CONTAR CON LA FUSIÓN DE REGISTROS DUPLICADOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PODRÁ OFERTAR SIN OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
65	22	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACION...	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: BLOQUEO DE CAMPOS PARA EVITAR MODIFICACIONES ACCIDENTALES. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE POR "CAMPOS", SE REFIERE A AQUELLOS CUADROS DE INFORMACIÓN QUE DEBEN SER CONFIGURADOS POR CADA ETAPA (ADMISIÓN, MACROSCOPIA, HISTOLOGÍA, MICROSCOPIA Y DIAGNOSTICO) Y POR CADA UNO DE LOS TIPOS DE ESTUDIOS, LO QUE CORRESPONDE A UNA CARACTEÍSTICA DEL LIS ANATOMÍA PATOLÓGICA, PARA QUE ESTOS SEAN COMPLETADOS EN CADA UNO DE LAS ETAPAS, ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PODRÁ OFERTAR SIN OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
66	23	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACION...	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: BLOQUEO DE CAMPOS PARA EVITAR MODIFICACIONES ACCIDENTALES. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS CAMPOS DEFINIDOS EN EL LIS NO DEBEN SER MODIFICADOS UNA VEZ SE HAYA COMPLETADO CADA UNA DE LAS ETAPAS DENTRO DEL PROCESO, ¿ES NUESTRA APRECIACIÓN CORRECTA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
67	24	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACION...	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

Handwritten mark

Handwritten signature





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			<p>PUNTO: GESTIÓN DE ESTUDIOS, PERMITE LA NUMERACIÓN AUTOMÁTICA DE ESTUDIOS, GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE ESTUDIOS Y LA GESTIÓN DE MUESTRAS, GARANTIZANDO LA TRAZABILIDAD DE LA MUESTRA.</p> <p>PREGUNTA: DADO QUE LAS BUENAS PRÁCTICAS SEÑALADAS EN EL COLLEGUE AMERICAN PATHOLOGISTH (CAP) ACERCA DE LA DIGITALIZACIÓN DE LAMINILLAS, CONOCIDA COMO PATOLOGÍA DIGITAL, INDICAN QUE LA GESTIÓN DE ESTUDIOS ES UN PROCESO QUE DEBE SER RESPONSABILIDAD DEL LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, LOS LICITANTES DEBERÁN DE INCLUIR EN SU PROPUESTA UN LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA CON LA CARACTERÍSTICA DE NUMERACIÓN AUTOMÁTICA DE ESTUDIOS, GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE ESTUDIOS Y GESTIÓN DE MUESTRAS GARANTIZANDO DE ESTA MANERA LA TRAZABILIDAD DE LOS CASOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
68	25	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACION...	<p>PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES</p> <p>PUNTO: PERMITE LA TRANSFERENCIA DE IMÁGENES DE UN DISPOSITIVO EXTERNO Y LA IMPRESIÓN DE LAS IMÁGENES ADJUNTADAS.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A QUE EL LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEBE PERMITIR QUE EN LA SECCIÓN DE MACROSCOPÍA SE IMPORTEN DE MANERA MANUAL LAS IMÁGENES DESDE EL ARCHIVO DE IMÁGENES DEL COMPUTADOR QUE TENGA ACCESO AL SISTEMA, PARA SU VISUALIZACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
69	26	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACION...	<p>PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES</p> <p>PUNTO: PERMITE LA TRANSFERENCIA DE IMÁGENES DE UN DISPOSITIVO EXTERNO Y LA IMPRESIÓN DE LAS IMÁGENES ADJUNTADAS.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE, POR IMPRESIÓN DE LAS IMÁGENES, SE HACE REFERENCIA A QUE EL SISTEMA LIS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEBE PERMITIR QUE EN EL REPORTE DIAGNOSTICO SE INCLUYAN</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, and RESPUESTA. It contains four rows of questions and answers regarding medical equipment specifications.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, and RESPUESTA. It contains three rows of questions and answers regarding software specifications for a medical system.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, and RESPUESTA. It contains four rows of questions and answers regarding software specifications for a digital system.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, and RESPUESTA. It contains three rows of questions and answers regarding software installation and system automation.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, and RESPUESTA. It contains four rows of questions and answers regarding software specifications for a digital system.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		AUTOMATIZADO DE CREACION...	CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: SIN PUNTO PREGUNTA: PARA UN DIMENSIONAMIENTO ADECUADO DEL PROYECTO, SE REQUIERE QUE LA CONVOCANTE CONFIRME QUÉ TIPO DE ESTUDIOS DE PATOLOGÍA SE LLEVAN A CABO EN EL LABORATORIO.	CERVICOVAGINAL: CITOLOGÍA DIVERSA.
86	43	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACION...	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: SIN PUNTO PREGUNTA: PARA UN DIMENSIONAMIENTO ADECUADO DEL PROYECTO, SE REQUIERE QUE LA CONVOCANTE INDIQUE CUÁNTOS ESTUDIOS DE PATOLOGÍA POR TIPO DE EXAMEN SE REALIZAN AL MES, AL SEMESTRE Y AL AÑO.	APROXIMADAMENTE HISTOPATOLÓGICOS: 8 MIL AÑO; CITOLOGÍA CERVICOVAGINAL: 20 MIL AL AÑO; CITOLOGÍA DIVERSA: 1 MIL AL AÑO.
87	44	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACION...	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: SIN PUNTO PREGUNTA: PARA UN DIMENSIONAMIENTO ADECUADO DEL PROYECTO, SE REQUIERE QUE LA CONVOCANTE INDIQUE CUÁNTOS MÉDICOS PATÓLOGOS DISPONE EL LABORATORIO DE PATOLOGÍA.	CUATRO MÉDICOS PATÓLOGOS.
88	45	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACION...	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: SIN PUNTO PREGUNTA: PARA UN DIMENSIONAMIENTO ADECUADO DEL PROYECTO, SE REQUIERE QUE LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUANTOS MÉDICOS PATÓLOGOS DISPONDRÁ POR TURNO.	DOS MÉDICOS PATÓLOGOS MATUTINOS Y DOS MÉDICOS PATÓLOGOS VESPERTINOS.
89	46	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACION...	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: SIN PUNTO PREGUNTA: PARA UN DIMENSIONAMIENTO ADECUADO DEL PROYECTO, SE REQUIERE QUE LA CONVOCANTE INDIQUE CUÁNTOS TÉCNICOS HISTOLÓGICOS DISPONE EL LABORATORIO DE PATOLOGÍA.	SE CONTARA CON 2 TÉCNICOS HISTOTECNOLOGOS POR TURNO.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, and RESPUESTA. It contains four rows of questions and answers regarding system specifications for digital objects.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

K

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, and RESPUESTA. It contains four rows of questions and answers regarding system specifications and requirements.

Handwritten mark resembling a checkmark or arrow on the right side of the table.



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, RESPUESTA. Row 99: PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACION... ENTENDEMOS QUE EL TÉRMINO LIS EMPLEADO EN EL PUNTO: COMUNICACIÓN CON EL ESCÁNER SOBRE POR MEDIO DE MENSAJES Y EVENTOS CON PROTOCOLO HL7 PERMITIENDO LA INTEGRACIÓN CON LIS Y HIS, HACE REFERENCIA AL LIS DE ANTANOMIA PATOLÓGICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

A continuación y una vez que se revisaron las preguntas y se dio respuesta a las mismas, estas se envían mediante la Plataforma Integral CompraNet a los licitantes registrados para este acto, a fin de que procedan a conocer las mismas, con fundamento a lo previsto en el artículo 46 Fracción II del reglamento de la Ley, MANIFESTANDO A LOS LICITANTES QUE TIENE HASTA A LAS 17:30 HRS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 PARA QUE PUEDAN FORMULAR PREGUNTAS EXPRESAMENTE EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES GENERALES EMITIDAS POR EL INSTITUTO, A TRAVÉS DE ESTE MEDIO.

Con base en el párrafo anterior, se deja asentado que una vez cumplido el plazo establecido para la recepción de preguntas en relación con las respuestas emitidas, fue consultado el citado Plataforma Integral CompraNet, donde se pudo constatar que se encuentran re preguntas, las cuales se describen a continuación:

LICITANTE: SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV.

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA LICITANTE, REFERENCIA, A LA PREGUNTA, PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE, RESPUESTA. Row 1: ID. 98. DEL LICITANTE SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.DE C.V., RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID. 98. DEL LICITANTE SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.DE C.V., DURANTE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES. AUN NO SE CUENTA CON EL EQUIPO DE TINCIÓN POR LO QUE LA UNIDAD MÉDICA SELECCIONARÁ DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. Row 2: ID. 44. DEL LICITANTE SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.DE C.V., RESPUESTA A LA PREGUNTA CON ID. 44. DEL LICITANTE SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.DE C.V., PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACION, GESTION, VISUALIZACION DE PORTAOBJETOS DIGITALES SOLICITAMOS SE RE CONSIDERE SU RESPUESTA Y CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, SE PUEDA AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA EN LA PARTIDA 91 A 70 DÍAS NATURALES ¿SE ACEPTA? NO SE ACEPTA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO DE PREGUNTA LICITANTE, REFERENCIA A LA PREGUNTA, PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE, and RESPUESTA. Row 3 contains details for question ID 44 regarding medical supplies and delivery conditions.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Por tratarse de un procedimiento electrónico, para efectos de la notificación y en términos del último párrafo del artículo 37 Bis de la Ley y 49 segundo párrafo de su Reglamento, se enviará un aviso mediante correo electrónico a través de la Plataforma Integral CompraNet, en el cual se indicará que dicha acta se encuentra a su disposición en el citado sistema en la dirección electrónica: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/.

También a partir de esta fecha se pone a disposición de los interesados, copia de esta acta en el tablero de avisos anexo a La Sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Calle Arboledas No. 115 lotes 54 y 55, Zona Industrial La Paz, C.P. 42080 Pachuca de Soto, Hgo; por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los interesados, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en el Portal de Transparencia del IMSS en la dirección electrónica: www.imss.gob.mx.

Finalmente, se informa que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 30 de septiembre de 2024 a las 09:00 horas, en la sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Calle Arboledas No. 115 lotes 54 y 55, Zona Industrial La Paz C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente a través de la Plataforma Integral CompraNet, de conformidad con el artículo 47, párrafo quinto, del reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta primera y última junta, siendo las 18:15 horas, del día 23 de septiembre de 2024.

Esta Acta consta de 28 (veintiocho) hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Table with 3 columns: ÁREA O DEPARTAMENTO, REPRESENTANTE Y CARGO, and FIRMA. Row 1 lists 'OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS' with representative 'LIC. CHRISTIAN MICHEL ROSAS CRUZ JEFE' and a signature.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-183-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

ÁREA O DEPARTAMENTO	REPRESENTANTE Y CARGO	FIRMA
COORDINACIÓN BIOMÉDICA DELEGACIONAL	ING. EDGAR AARON HERNANDEZ TORRES	
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	L.E.M. JULIO ALBERTO BRAVO FIGUEROA SUPERVISOR DE PROYECTOS E2	
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	C. ARMANDO SOTO MERINO RESPONSABLE DE LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
MTRO. CLAUDIO SALVADOR RODRÍGUEZ MALDONADO ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	

POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS

NOMBRE	FIRMA
NO SE PRESENTARON	

