



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-161-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo., siendo las 10:00 horas, del día 27 de agosto de 2024, en la sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Calle Arboledas No. 115 lotes 54 y 55, Zona Industrial La Paz C.P. 42080, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 de su Reglamento, así como del numeral 4 de la Convocatoria.

Quien preside el acto, el L.E.M. Emmanuel Hernández Godínez, Encargado del despacho de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, servidor público de conformidad con lo establecido en el Numeral 5.3.8 Inciso b), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social; quien comunicó a los asistentes que de conformidad con el Artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan manifestado su interés en participar en esta Licitación a través de la Plataforma Integral CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto mediante dicho sistema.

El Presidente del acto, fue asistido por el representante técnico de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, y por los representantes del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y escrito de interés en participar, a través de la Plataforma Integral CompraNet de los siguientes licitantes:

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	NUMERO DE PREGUNTAS
1	B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	1
2	BARRADAS REFIGERACION COMERCIAL S.A. DE C.V.	0
3	BROKER MEDICAL S.A. DE C.V.	11
4	COMERCIALIZADORA FORSY S.A. DE C.V.	0
5	COMERCIALIZADORA GRUPO LOUJOR SA DE CV	6
6	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO S.A. DE C.V.	2
7	GRUPO BUKBARA S.A. DE C.V.	4
8	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	10
9	ZENTILIA LAP S.A.P.I. DE C.V.	0
TOTAL		34

El representante del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante documento con fecha de recepción de 27 de agosto de 2024, manifiesta que:

“Con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dispone que la Secretaría de la Función Pública, podrá verificar en cualquier tiempo, que





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-161-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley de la
materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, quinto del Reglamento
Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 33 y 33 bis de la Ley; 46, fracciones IV y V, de su
reglamento, se solicita a los representantes del área contratante, área requirente y/o técnica, en el
ámbito de sus facultades a dar respuesta de forma clara y precisa a las dudas y planteamientos de los
licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y sus anexos; además, se
sugiere al área contratante consultar previamente el Diario Oficial de la Federación para verificar que
los interesados que formulen aclaraciones a la Convocatoria y/o manifiesten interés en participar en el
presente procedimiento no se encuentren inhabilitados.

En los términos del numeral 4.21 j) de las POBALINES, bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que
en los procedimientos a celebrarse este día, por parte del suscrito no existe conflicto de intereses.

Finalmente, se sugiere considerar todas y cada de las solicitudes de aclaración por parte de los
participantes, para que se tomen las previsiones correspondientes en cuanto a las posibles
modificaciones susceptibles de realizarse a la Convocatoria del procedimiento de contratación y sus
anexos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33, de la LAASSP y conforme al tramo de
responsabilidad de cada una de las áreas contratante, requirente y/o técnica". Siendo todo lo que
desea manifestar.

Acto seguido los representantes del área técnica manifiestan tener las siguientes modificaciones a la
Convocatoria en la cual se establecen las bases de la Licitación en cita, mismas que servirían y actualizarían las
condiciones del procedimiento de contratación en términos del artículo 33 penúltimo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al numeral 4 de la misma:

Table with 2 columns: NUMERAL and OBSERVACIÓN. Row 1: ANEXO NO. 2 (DOS) TÉRMINOS Y CONDICIONES INCISO F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES. Row 2: APENDICE 1.A FICHAS TECNICAS DE DESCRIPCIÓN MOBILIARIO DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-161-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Posteriormente, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los licitantes, así como las respuestas otorgadas, como se indican a continuación:

LICITANTE: B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES S.A. DE C.V.

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA A LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, RESPUESTA. Row 1: Question about sanitary registration requirements for goods.

LICITANTE: BROKER MEDICAL S.A. DE C.V.

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA A LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, RESPUESTA. Rows 2-4: Questions about installation conditions, maintenance program, and technical specifications.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-161-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA A LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, and RESPUESTA. Contains 12 rows of questions and answers regarding technical specifications for equipment.

LICITANTE: COMERCIALIZADORA GRUPO LOUJOR S.A. DE C.V.

Table with 5 columns: NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA, NO. DE PREGUNTA A LICITANTE, NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, PREGUNTA, and RESPUESTA. Contains 1 row of question and answer regarding technical specifications for a sterilizer.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-161-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA A LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
14	2	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 21 HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA.	PUNTO 1.5, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR ENTREPAÑOS Y CHAROLAS, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, SIN OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
15	3	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 21 HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA.	PUNTO 1.6. EL SISTEMA DE CONTROL POR TERMOSTATO, ES DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA ANTERIOR, HOY EN DÍA LOS HORNOS CUENTAN CON UN SISTEMA DE CONTROL MICRO PROCESADO, EL CUAL ES MÁS PRECISO Y EFICIENTE, POR LO CUAL SOLICITAMOS NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA POR MEDIO DE MICROPROCESADOR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, SIN OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
16	4	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 21 HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA.	PUNTO 1.7, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN CONTROL DE TEMPERATURA DESDE AMBIENTE + 5° C HASTA 350 ° C ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, SIN OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
17	5	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 21 HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA.	PUNTO 1.7.1, DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE ES DISTINTA SOLICITAMOS PROPONER ESTA CARACTERÍSTICA DE LA SIGUIENTE FORMA: "SENSIBILIDAD +/- 1° C", ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA.
18	6	ANEXO 3.1 PARTIDA N° 21 HORNO ELÉCTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA.	PUNTO 1.10.2, DEBIDO A QUE NO EXISTE UNA NORMATIVA NACIONAL O INTERNACIONAL QUE DICTE LAS DIMENSIONES DE EXTERNAS DE LOS HORNOS Y CONSIDERANDO QUE ESTAS DEPENDEN DEL TAMAÑO Y LA CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA CÁMARA CON DIMENSIONES EXTERNAS DE 69 X 81.5 X 104 CM, LO CUAL NO DEMERITA NI INTERFIERE CON EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, SIN OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

LICITANTE: DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO S.A. DE C.V.

NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA A LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
19	1	APENDICE NÚMERO. 1.A (UNO A) FICHAS TÉCNICAS DE DESCRIPCION MOBILIARIO DIETOLO	PARTIDA 18. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI NOS PUEDE PROPORCIONAR LA FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 18, DEBIDO A QUE NO NOS FUE POSIBLE ABRIR EL ARCHIVO VINCULADO.	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES GENERALES REALIZADAS EN LA PRESENTE ACTA





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-161-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.**

NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA A LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
20	2	APENDICE NO. 1 MOBILIARIO DIETOLOGIA Y EQUIPO MEDICO, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICI	PARTIDA 18 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PISTOLA PARA TOMA DE BIOPSIAS. INSTRUMENTO AUTOMATICO PARA TOMA DE BIOPSIAS. INSTRUMENTO CON MECANISMO AUTOMATICO DE 15.49CM (6.1 PULGADAS) DE LONGITUD Y 261 G DE PESO APROXIMADAMENTE PRESION DE DISPARO DE HASTA 10 LIBRAS. SE LE ADAPTAN AGUJAS DE BIOPSIA CON DIAMETROS DE 14 A 20 GAUGE Y LONGITUDES DE 10 A 30 CM PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN SELECCIONABLE DE 14 A 25 MM	NO SE ACEPTA.

LICITANTE: GRUPO BUKBARA S.A. DE C.V.

NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA A LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
21	1	PARTIDA 28 RAMPA Y ESCALERA INFANTIL	SOLICITAN EN EL NUMERAL 1.4 PASAMANOS DE 38 A 51 MM DE DIAMETRO Y EN EL NUMERAL 1.4.1. AJUSTE DE LA ALTURA DE 50 HASTA 100CM DE ALTURA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE CONSIDERAR DOBLE BARANDAL DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD, CON DOS ALTURAS FIJAS UNA A 50 CMS Y LA MAS ALTA A 100 CMS.? SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
22	2	PARTIDA 30 MESA DE MADERA	EN LA MESA DE MADERA POR LAS MEDIDAS Y LA ALTURA, MENCIONA QUE ES PARA TRATAMIENTO DE MANO, NOSOTROS CREEMOS QUE LO QUE ESTA SOLICITANDO ES UNA MESA DE KANAHEL, ES CORRECTA MI APRECIACION?	SE SUSTITUYE FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 30, ASI COMO SE MODIFICA LA CLAVE SAI, DICE: 564.002.0565.01.01, DEBE DECIR: 564.002.0656.02.01
23	3	PARTIDA 37 BARRAS PARALELAS	EN LA CEDULA ADJUDICA NO VIENE LA DESCRIPCION DE LAS BARRAS PARALELAS, ENTENDEMOS QUE PODEMOS COTIZAR LA SIGUIENTE PARTIDA. 1 DESCRIPCIÓN 1.1 BARRAS PARALELAS 1.1.1 ABATIBLES 1.1.2 CON APERTURA Y ALTURA AJUSTABLE 2 ACCESORIOS: 2.1NO REQUIERE 3 CONSUMIBLES: 3.1 NO REQUIERE, 4 INSTALACIÓN. 4.1 NO REQUIERE 5 MANTENIMIENTO. 5.1 NO REQUIERE. ¿ SE PUEDE OFERTAR CO ESTA DESCRIPCION?	SE SUSTITUYE FICHA TÉCNICA DE LA PARTIDA 37, ASI COMO SE MODIFICA LA CLAVE PREI, DICE: 16274, DEBE DECIR: 16224.
24	4	PARTIDA 88 EQUIPO PARA EVALUACION Y FORTALECIMIENT O DE CUADRICEPS	EN EL NUMERAL 1.1.4.PANEL CON DESPLIEGUE EN TIEMPO REAL DE CARGA DE TRABAJO, POTENCIA, VELOCIDAD, REPETICIONES Y RANGO DE MOVIMIENTO, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR EL EQUIPO SIN DICHO PANEL, YA QUE DE ACUERDO A NUESTRA EXPERIENCIA ESA CARACTERISTICA ESPECIFICAMENTE PARA EVALUACION DE CUADRICEPS, NO EXISTE EN EL MERCADO SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.

LICITANTE: OLYMPUS AMERICA DE MEXICO S.A. DE C.V.

NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA A LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
25	1	5.1	5.1 PROPOSICIÓN CONJUNTA. SE LE PIDE A LA CONVOCANTE PERMITIR ENTREGAR ESTE ANEXO COMO NO APLICA YA QUE NUESTRA PROPUESTA NO ES CONJUNTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-161-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.**

NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA A LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
26	2	6. INCISO C.	6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN REMITIR POR LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET, QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, LEGAL Y ECONÓMICA. INCISO C. SE LE PIDE A LA CONVOCANTE PERMITIR ENTREGAR ESTE ANEXO COMO NO APLICA YA QUE LA ESTRATIFICACIÓN DE NUESTRA EMPRESA ES GRANDE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
27	3	6. INCISO G.	6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN REMITIR POR LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET, QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, LEGAL Y ECONÓMICA. INCISO G. SE LE PIDE A LA CONVOCANTE PERMITIR ENTREGAR ESTE ANEXO COMO NO APLICA YA QUE NO CONTAMOS CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
28	4	6. INCISO I.	6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN REMITIR POR LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET, QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, LEGAL Y ECONÓMICA. INCISO I. SE LE PIDE A LA CONVOCANTE PERMITIR ENTREGAR ESTE ANEXO COMO NO APLICA YA QUE NUESTRA PROPUESTA NO ES CONJUNTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
29	5	6.3. INCISO I, II, III.	6.3 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. SE LE PIDE A LA CONVOCANTE PERMITIR ENTREGAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DEL SAT, IMSS E INFONAVIT CON FECHA DE 3 DÍAS PREVIOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA?	CON REFERENCIA AL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR DICTADO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2023, EN DONDE SEÑALA LO SIGUIENTE: LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SERÁ VÁLIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRA PÚBLICA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES. PARA TALES EFECTOS, EL CONTRIBUYENTE DEBERÁ ACREDITAR ANTE EL ENTE PÚBLICO CONTRATANTE QUE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL FUE OBTENIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
30	6	ANEXO TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO. 2.1. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA.
31	7	ANEXO TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO. 2.1. EN CASO DE QUE LOS BIENES OFERTADOS POR MI REPRESENTADA NO REQUIERAN REGISTROS SANITARIOS, SE PUEDE PRESENTAR EL LISTADO DE LOS ACUERDOS PUBLICADO EN EL DOF DE FECHA 22/12/2014 Y 31/12/2011 EN EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
32	8	ANEXO TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO. 2.2.3. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL ISO 13485 COMO CERTIFICADO DE CALIDAD PARA LOS BIENES OFERTADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SOLO PARA ACREDITAR EL NUMERAL 2.2.3.1 DEL ANEXO TÉCNICO.
33	9	ANEXO TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO. 2.2.3.. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL FDA VIGENTE, PRIMERA Y ÚLTIMA PÁGINA, ASÍ COMO LAS PÁGINAS DONDE SE ENCUENTREN LOS EQUIPOS OFERTADOS Y SI RESULTAMOS ADJUDICADOS, SE PRESENTARÁ EL FDA COMPLETO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA.
34	10	ANEXO TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO. INCISO E. SOLICITAN QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA DISTRIBUIDOR SE PRESENTE ESCRITO POR EL FABRICANTE. OLYMPUS AMÉRICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ES FILIAL DE LOS FABRICANTES OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORPORATION Y OLYMPUS WINTER & IBE CORP POR LO QUE ES REPRESENTANTE EN MÉXICO DE LAS FÁBRICAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE	SE ACEPTA, SIN OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-161-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA A LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			QUE EL ESCRITO SOLICITADO PUEDA SER FIRMADO EN REPRESENTACIÓN DEL FABRICANTE POR UN REPRESENTANTE LEGAL EN MÉXICO, DISTINTO AL QUE FIRMARÁ POR PARTE DEL LICITANTE, ANEXANDO COPIA SIMPLE DE LAS CARTA DE DISTRIBUCIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	

A continuación y una vez que se revisaron las preguntas y se dio respuesta a las mismas, estas se envían mediante la Plataforma Integral CompraNet a los licitantes registrados para este acto, a fin de que procedan a conocer las mismas, con fundamento a lo previsto en el artículo 46 Fracción II del reglamento de la Ley, **MANIFESTANDO A LOS LICITANTES QUE TIENE HASTA A LAS 18:00 HRS DEL 27 DE AGOSTO DE 2024 PARA QUE PUEDAN FORMULAR PREGUNTAS EXPRESAMENTE EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES GENERALES EMITIDAS POR EL INSTITUTO, A TRAVÉS DE ESTE MEDIO.**

Con base en el párrafo anterior, se deja asentado que una vez cumplido el plazo establecido para la recepción de preguntas en relación con las respuestas emitidas, fue consultado el citado Plataforma Integral CompraNet, donde se pudo constatar que se encuentran re preguntas, las cuales se describen a continuación:.

LICITANTE: **B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES S.A. DE C.V.**

CONFORME AL ARTICULO 46 FRACCIÓN II DEL RLAASSP NO SE DA RESPUESTA TODA VEZ QUE LAS REPREGUNTAS NO VERSAN SOBRE EL CONTENIDO DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS

NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE
1	1	PREGUNTA 3, BROKER MEDICAL SA DE C.V. FICHAS TECNICAS	PARTIDA: 20, 1.3 CONTROLADA POR MICROPROCESADOR PARTIDA: 20 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN PANEL DE CONTROL CON UNA INTERFAZ DE USUARIO SENCILLA. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
2	2	PREGUNTA 3, BROKER MEDICAL SA DE C.V. FICHAS TECNICAS	PARTIDA: 20, 1.4 ROTOR HORIZONTAL DE 6 PLAZAS PARTIDA: 20 ENTENDEMOS QUE SE PODRÁN OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? EN CASO DE SER AFIRMATIVO, ENTENDEMOS QUE PODREMOS OFERTAR UNA CENTRÍFUGA QUE PROCESA 12 MUESTRAS AL MISMO TIEMPO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
3	3	PREGUNTA 3, BROKER MEDICAL SA DE C.V. FICHAS TECNICAS	1.5 VELOCIDAD DE LA CENTRÍFUGA 6,000 RPM COMO MÍNIMO PARTIDA: 20 A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 2,000 RPM Y SU EQUIVALENTE EN FUERZAS G, EN EL ENTENDIDO QUE LAS CÉLULAS PUEDEN SER OBTENIDAS DENTRO DE ESE RANGO DE VELOCIDAD. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-161-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.**

NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE
4	4	PREGUNTA 3, BROKER MEDICAL SA DE C.V. FICHAS TECNICAS	PARTIDA: 20 1.7VELOCIDAD DEL ROTOR 4,000 RPM COMO MÍNIMO PARTIDA: 20. LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UNA CENTRÍFUGA CON UN ÚNICO ROTOR FIJO DE 2,000 RPM Y SU EQUIVALENTE EN FUERZA G, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO AFECTA SU FUNCIONALIDAD, ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
5	5	PREGUNTA 3, BROKER MEDICAL SA DE C.V. FICHAS TECNICAS	PARTIDA 20 1.11 SELECCIÓN DE CICLO PARTIDA 20. A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN TIEMPO PROGRAMABLE DE 1-99 MÍNUTOS ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
6	6	PREGUNTA 3, BROKER MEDICAL SA DE C.V. FICHAS TECNICAS	1.14.3 DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA CÁMARA PARTIDA 20 SOLICITAMOS AMABLEMENTE, NOS PERMITA ADJUNTAR CARTA DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL FABRICANTE, TODA VEZ QUE SE CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA, SIN EMBARGO, NO ES REFERENCIABLE EN NUESTROS CATALOGOS. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
7	7	PREGUNTA 3, BROKER MEDICAL SA DE C.V. FICHAS TECNICAS	1.14.3 DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA CÁMARA PARTIDA 20. LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UNA CENTRÍFUGA CON UN ÚNICO CABEZAL SELADO, POR LO QUE NO ES NECESARIA ESTA CARACTERÍSTICA. EN EL ENTENDIDO DE QUE NO AFECTA SU FUNCIONALIDAD, ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

LICITANTE: BROKER MEDICAL S.A. DE C.V.

NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
8	1	NUMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA 3	EN CASO DE QUE SE OFERTE LA PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUANDO MENOS 6 MESES COMO SE INDICA EN EL ANEXO TECNICA BASTARA CON PRESENTAR CARTA DEL LICITANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO REQUERIDO EN EL ANEXO TECNICO.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-161-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

NÚMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
9	2	NUMERO CONSECUTIVO DE PREGUNTA 4	ES CORRECTO ENTENDER QUE OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS EN CADA UNA DE LAS FICHAS TECNICAS NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTO?	SI, ES CORRECTO SIEMPRE Y CUANDO SEAN CARACTERISTICAS TECNICAS SUPERIORES.

Se informa que el licitante SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. formuló 13 (trece) nuevas preguntas, no obstante, con fundamento en el artículo 46 fracción VI del RLAASSP, al considerarse extemporáneas, no se da contestación; integrándose en el expediente de contratación para debida constancia.

LICITANTE: SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.

NO. DE PREGUNTA LICITANTE	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE
1	JUNTA DE ACLARACIONES ACTUALIZACION DE FICHAS TECNICAS PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE.	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES ANEXO NO. 2 (DOS) TERMINOS Y CONDICIONES F) VISITA A LAS INSTALACIONES PREGUNTA: DADO QUE LA FICHA TÉCNICA PUBLICADA EN EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DIFIERE COMPLETAMENTE DE LA ORIGINALMENTE PUBLICADA POR LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS SE PERMITA AMPLIAR SU PLAZO PARA REALIZAR LA VISITA A LA UNIDAD MÉDICA YA QUE LAS CONDICIONES SON COMPLETAMENTE DIFERENTES. ¿SE ACEPTA?
2	JUNTA DE ACLARACIONES ACTUALIZACION DE FICHAS TECNICAS PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE.	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES ANEXO NO. 2 (DOS) TERMINOS Y CONDICIONES E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, INCISO C) CARTA DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO PREGUNTA: DADO QUE EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTA OBJETOS DIGITALES LO COMPRENDE MÁS DE UN EQUIPO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE RESPALDO DE AL MENOS EL DIGITALIZADOR Y DEL MONTADOR DE CUBREOBJETOS QUE SON LOS EQUIPOS PRINCIPALES ¿ES CORRECTO?
3	JUNTA DE ACLARACIONES ACTUALIZACION DE FICHAS TECNICAS PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE..	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES ANEXO NO. 2 (DOS) TERMINOS Y CONDICIONES E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, INCISO D) NUMERAL 2.2 CERTIFICADOS DE CALIDAD PREGUNTA: DADO QUE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN Y VISUALIZACIÓN, DE PORTAOBJETOS, IMPLICA DIGITALIZAR UN LABORATORIO DE PATOLOGÍA, EN DONDE NO SOLAMENTE SE REFIERE A LE VENTA DE UN EQUIPO COMO EL RESTO DE LAS PARTIDAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, CONSIDERAMOS QUE SE DEBE TOMAR EN CUENTA, QUE EL PROVEEDOR DE ESTE SISTEMA DEBE CONTAR CON UN GRADO DE ESPECIALIZACIÓN AL RESPECTO, POR TAL MOTIVO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE CONSIDERE PARA EL CASO DE ESTA PARTIDA, QUE EL LICITANTE ESTE CERTIFICADO BAJO LA NORMA ISO 9001 Y CUYO ALCANCE IMPLIQUE AL MENOS LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PATOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-161-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

NO. DE PREGUNTA LICITANTE	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE
4	JUNTA DE ACLARACIONES ACTUALIZACION DE FICHAS TECNICAS PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE..	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES ANEXO NO. 2 (DOS) TERMINOS Y CONDICIONES E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, INCISO D) NUMERAL 2.2 CERTIFICADOS DE CALIDAD PREGUNTA: DADO QUE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN Y VISUALIZACIÓN, DE PORTAOBJETOS, IMPLICA DIGITALIZAR UN LABORATORIO DE PATOLOGÍA, CONSIDERAMOS QUE SE DEBE TOMAR EN CUENTA, QUE EL PROVEEDOR DE ESTE SISTEMA DEBE CONTAR CON UN GRADO DE ESPECIALIZACIÓN, Y DEBE DAR EL RESPALDO QUE SE REQUIERE EN TODO MOMENTO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SEA CONSIDERADO QUE EL PROVEEDOR DEL SERVICIO CUENTE CON PERSONAL ESPECIALIZADO, Y SE DEBA CONTAR CON AL MENOS 1 MEDICO PATÓLOGO Y DOS HISTOTECNOLOGOS, QUE BRINDEN EL SOPORTE AL PERSONAL MÉDICO EN LA INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN CLÍNICA Y EL ASESORAMIENTO Y APROVECHAMIENTO EN EL MANEJO DEL SISTEMA. ¿ES CORRECTO?
5	JUNTA DE ACLARACIONES ACTUALIZACION DE FICHAS TECNICAS PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE.	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES ANEXO NO. 2 (DOS) TERMINOS Y CONDICIONES E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, INCISO D) NUMERAL 2.2 CERTIFICADOS DE CALIDAD PREGUNTA: DE SER CORRECTA NUESTRAS APRECIACIÓN, ENTENDEMOS QUE SE DEBERA INCLUIR EN EL CASO DE LA PARTIDA 91, EL CERTIFICADO O TÍTULO DEL PERSONAL DE SOPORTE PROPUESTA (MÉDICO PATÓLOGO E HSITOTECNOLOGOS) ¿ES CORRECTO?
6	JUNTA DE ACLARACIONES ACTUALIZACION DE FICHAS TECNICAS PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE.	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: OPCIÓN DE INTEGRACIÓN CON SISTEMAS DE CONTEO DE INMUNOHISTOQUÍMICA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA ES PROPIA DE UN SISTEMA LIS POR LO QUE NO SE DEBERÍA DE OFERTAR DENTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL DIGITALIZADOR. ¿ES CORRECTO?
7	JUNTA DE ACLARACIONES ACTUALIZACION DE FICHAS TECNICAS PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE..	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: GESTIÓN DEL PACIENTE, POSIBILIDAD DE REALIZAR BÚSQUEDA, REGISTRO MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE UN PACIENTE PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DEL PACIENTE ES UNA CARACTERÍSTICA DEL LIS Y QUE NO CORRESPONDE AL DIGITALIZADOR POR LO QUE ESTE PUNTO NO SE DEBERÍA DE OFERTAR EN ESTA PROPUESTA. ¿ES CORRECTO?





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-161-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Table with 3 columns: NO. DE PREGUNTA LICITANTE, REFERENCIA A LA PREGUNTA, and PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE. It contains four rows of questions and answers regarding a digital system for medical records.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-161-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

NO. DE PREGUNTA LICITANTE	REFERENCIA A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE
12	JUNTA DE ACLARACIONES ACTUALIZACION DE FICHAS TECNICAS PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE.	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES DICE: ESCANER ULTRA RÁPIDO DE LAMINILLAS (EUR) CON CAPACIDAD DE AL MENOS 300 LAMINILLAS PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL SCANNER DEBERÁ CONTAR CON AUTOENFOQUE ¿ES CORRECTO?
13	JUNTA DE ACLARACIONES ACTUALIZACION DE FICHAS TECNICAS PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE..	PARTIDA 91 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACIÓN, GESTIÓN, VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS DIGITALES PUNTO: TODOS LOS PUNTOS PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Por tratarse de un procedimiento electrónico, para efectos de la notificación y en términos del último párrafo del artículo 37 Bis de la Ley y 49 segundo párrafo de su Reglamento, se enviará un aviso mediante correo electrónico a través de la Plataforma Integral CompraNet, en el cual se indicará que dicha acta se encuentra a su disposición en el citado sistema en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>. También a partir de esta fecha se pone a disposición de los interesados, copia de esta acta en el tablero de avisos anexo a La Sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Calle Arboledas No. 115 lotes 54 y 55, Zona Industrial La Paz, C.P. 42080 Pachuca de Soto, Hgo; por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los interesados, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en el Portal de Transparencia del IMSS en la dirección electrónica: www.imss.gob.mx.

Finalmente, se informa que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 02 de septiembre de 2024 a las 09:00 horas, en la sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Calle Arboledas No. 115 lotes 54 y 55, Zona Industrial La Paz C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente a través de la Plataforma Integral CompraNet, de conformidad con el artículo 47, párrafo quinto, del reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta primera y última junta, siendo las 20:15 horas, del día 27 de agosto de 2024.

Esta Acta consta de 15 (quince) hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-161-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.**

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÁREA O DEPARTAMENTO	REPRESENTANTE Y CARGO	FIRMA
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	L.E.M. EMMANUEL HERNÁNDEZ GODÍNEZ ENCARGADO DEL DESPACHO	
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	LIC. CHRISTIAN MICHEL ROSAS CRUZ JEFE	
COORDINACIÓN BIOMÉDICA DELEGACIONAL	ING. EDGAR AARON HERNÁNDEZ TORRES TITULAR	
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	L.E.M. JULIO ALBERTO BRAVO FIGUEROA SUPERVISOR DE PROYECTOS E2	
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	C. ARMANDO SOTO MERINO RESPONSABLE DE LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
MTRO. CLAUDIO SALVADOR RODRÍGUEZ MALDONADO ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-CYR-050GYR017-T-161-2024 CELEBRADA PARA EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO DE DIETOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.**

POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS

NOMBRE	FIRMA
NO SE PRESENTARON	

ACTUALIZACIÓN DE FICHAS TECNICAS.

Partida	Clave PREI	Clave CUCOP	Clave SAI	Descripción	Ficha
18	00012078	53101	531.593.0023.03.01	PISTOLA PAPA TOMA DE DEOPSIAS.	 PREGUNTAS P18-12078 Pistola p_
30	00016234	53101	564.002.0656.02.01	MESA DE MADERA	 PREGUNTAS ACT. P30-16234 MESA DE
37	00016224	53101	564.002.0334.02.01	BARRAS PARALELAS	 PREGUNTAS ACT. P37-16224 BARRAS F
42	00016500	53101	541.530.0012.00.01	MICROCENTRIFUGA DIGITAL 14,000	 ACLARACIONES ACTUAL P42-16500 I
45	00018643	53101	533.224.1770.00.01	CENTRIFUGA MINIESPIN. MICROCENTRIFUGA PERSONAL PARA USOS EN	 ACLARACIONES ACTUAL P45-18643 C
91	00021237	53101	533.860.0058.00.01	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACION, GESTION, VISUALIZACION DE	 ACLARACIONES ACTUAL P91-21237 S