



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO. LA-50-GYR-050GYR017-T-196-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS SINIESTRADOS 2025, PARA EL OOAD ESTATAL HIDALGO.**-----

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., siendo las **09:00** horas, del día **03 de octubre de 2025**, en la sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fracc. El Palmar II, Fracción II C.P. 42088 en Pachuca de Soto, Hidalgo, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 43, 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 de su Reglamento, así como del numeral 3.4 de la Convocatoria.

Quien preside el acto, el **Lic. Christian Michel Rosas Cruz, Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios**, servidor público de conformidad con lo establecido en el Numeral 5.3.8 Inciso b), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social; quien comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 44 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria de las personas que hayan manifestado su interés en participar en esta Licitación a través de la Plataforma Compras MX, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto mediante dicho sistema.

Se hace constar que se encuentra presente el **Mtro. Claudio Salvador Rodríguez Maldonado**, representante del Área de Auditoría, Quejas, Denuncias y Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuya firma aparece al final de la presente acta.

*"Con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dispone que la Secretaría de la Función Pública, podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, párrafo cuarto del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.*

*Por lo anterior, con fundamento en los artículos 33 y 33 bis de la Ley; 46, fracciones IV y V, de su reglamento, se solicita a los representantes del área contratante, área requirente y/o técnica, en el ámbito de sus facultades a dar respuesta de forma clara y precisa a las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y sus anexos; además, se sugiere al área contratante consultar previamente el Diario Oficial de la Federación para verificar que los interesados que formulen aclaraciones a la convocatoria y/o manifiesten interés en participar en el presente procedimiento no se encuentren inhabilitados.*

*Finalmente, se sugiere considerar todas y cada una de las solicitudes de aclaración por parte de los participantes, para que se tomen las previsiones correspondientes en cuanto a las posibles modificaciones susceptibles de realizarse a la Convocatoria del procedimiento de contratación y sus anexos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33, de la LAASSP y conforme al tramo de responsabilidad de cada una de las áreas contratante, requirente y/o técnica". Siendo todo lo que desea manifestar.*

*En los términos del numeral 4.21.j) de las POBALINES, exhibo carta de ausencia de interés."*

De igual manera se hace constar que no se cuenta con testigo social, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De conformidad con al artículo 35 antepenúltimo párrafo de la Ley, se hace constar que no asistieron personas que manifestaran su interés de estar presente en este acto como observadores.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO. LA-50-GYR-050GYR017-T-196-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS SINIESTRADOS 2025, PARA EL OOAD ESTATAL HIDALGO.**-----

El Presidenta del acto, fue asistida por los representantes de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas y por los representantes del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidenta del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma solicitudes de aclaración a la Convocatoria y los escritos de interés en participar de los licitantes que se describe a continuación, a través de la Plataforma Compras MX, de conformidad al artículo 44 de la Ley, conforme a la pantalla inserta (**Anexo Numero 1**).

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	NUMERO DE PREGUNTAS
1	COMERCIALIZADORA GRUPO LOUJOR, S.A. DE C.V.	6
2	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, S.A. DE C.V.	17
3	DEWIMED, S.A.	2
4	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	13
5	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5
<b>Total</b>		<b>43</b>

Acto seguido los representantes del área técnica y área contratante, manifiestan tener modificaciones a la Convocatoria en la cual se establecen las bases de la Licitación en cita, mismas que servirían y actualizarían las condiciones del procedimiento de contratación en términos del artículo 44 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al numeral 3.4 de la misma.

NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	DICE	DEBE DE DECIR
Apéndice 17	Se adjunta anexo al final de la presente acta, en donde se precisa el titulo	
Apéndice 18		

Posteriormente, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por el licitante, así como las respuestas otorgadas, como se indican a continuación

**LICITANTE: COMERCIALIZADORA GRUPO LOUJOR, S.A. DE C.V.**

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	1	PARTIDA 1 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL CLAVE SAI: 531.328.0181.02.01	PUNTO 1.2.1: CORTE PURO CON POTENCIA MÍNIMA DE 250 WATTS.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA POTENCIA EN CORTE PURO DE 400 WATTS PERMITIENDO TRABAJAR CON TODO TIPO DE PACIENTE LOGRANDO UNA MEJOR ATENCIÓN Y PRESTACIÓN PARA EL USUARIO	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO. LA-50-GYR-050GYR017-T-196-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS SINIESTRADOS 2025, PARA EL OOAD ESTATAL HIDALGO.**-----

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
2	2	PARTIDA 1 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL CLAVE SAI: 531.328.0181.02.01	PUNTO 1.2.2.CON MEZCLA BLEND Y/O MODO CON POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS.- SE RECOMIENDA A LA CONVOCANTE SOLICITAR UNA MEZCLA, BLEND Y/O MODO DE POTENCIA DE 250 WATTS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
3	3	PARTIDA 1 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL CLAVE SAI: 531.328.0181.02.01	PUNTO 1.3.1. CON COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA MÍNIMA DE 70 WATTS.- SE RECOMIENDA A LA CONVOCANTE SOLICITAR UNA POTENCIA DE COAGULACIÓN BIPOLAR DE 99 WATTS	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4	4	PARTIDA 1 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL CLAVE SAI: 531.328.0181.02.01	PUNTO 1.10. PANTALLA LCD O DISPLAY TFT, PARA MOSTRAR PARÁMETROS O VALORES DE LOS PROGRAMAS. - SE RECOMIENDA A LA CONVOCANTE SOLICITAR PANTALLA TÁCTIL DE 7" LCD O TECNOLOGÍA SUPERIOR PARA MEJORA DEL EQUIPO, LO CUAL PERMITE UNA MEJOR VISUALIZACIÓN AL USUARIO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
5	5	PARTIDA 1 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL CLAVE SAI: 531.328.0181.02.01	SIN PUNTO: SE RECOMIENDA A LA CONVOCANTE SOLICITAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON ALMACENAMIENTO, MÍNIMO 99 MEMORIAS, LO CUAL ES UNA VENTAJA PARA LOS DIFERENTES USUARIO	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
6	6	PARTIDA 1 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL CLAVE SAI: 531.328.0181.02.01	SIN PUNTO: SE RECOMIENDA A LA CONVOCANTE SOLICITAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD A FUTURO PARA TRABAJAR CON COAGULACIÓN POR ARGON	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

**LICITANTE: COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, S.A. DE C.V.**

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
7	1	PARTIDA 1 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL	PUNTO: 3.3.2. AL MENOS, DOS (2) ELECTRODOS DE TIPO CUCHILLA O TIPO BISTURÍ O DE TIPO ESPÁTULA, REUTILIZABLE, DE 40 A 45 MM DE LONGITUD TOTAL. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATALOGO).	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO. LA-50-GYR-050GYR017-T-196-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS SINIESTRADOS 2025, PARA EL OOAD ESTATAL HIDALGO.**-----

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			PREGUNTA: PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR DOS (2) ELECTRODOS DE TIPO CUCHILLA O TIPO BISTURÍ O DE TIPO ESPÁTULA, REUTILIZABLE, DE 70 MM DE LONGITUD TOTAL, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	
8	2	PARTIDA 1 ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL	PUNTO: 3.4. AL MENOS, DOS (2) PINZAS BIPOLAR TIPO BAYONETA REUTILIZABLES DE 19 CM DE LONGITUD, CADA UNA CON UN CABLE DE CONEXIÓN REUTILIZABLE DE 3 M DE LONGITUD COMO MÍNIMO, QUE SEAN COMPATIBLES LAS CONEXIONES DE LA PINZA CON EL CABLE Y CON LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA. (INCLUIR MARCAS Y MODELOS Y/O NÚMEROS DE CATALOGO) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR DOS (2) PINZAS BIPOLAR TIPO BAYONETA REUTILIZABLES DE 20 CM DE LONGITUD, CADA UNA CON UN CABLE DE CONEXIÓN REUTILIZABLE DE 3.5 M DE LONGITUD COMO MÍNIMO, QUE SEAN COMPATIBLES LAS CONEXIONES DE LA PINZA CON EL CABLE Y CON LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, TODA VEZ QUE DICHAS CARACTERÍSTICAS, PERMITEN TENER UN MAYOR ALCANCE DURANTE EL PROCEDIMIENTO, QUE LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
9	3	PARTIDA 1 ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL	PUNTO: 3.5. AL MENOS, DOS (2) PINZAS TIPO BIPOLAR, RECTAS REUTILIZABLES, DE 19 CM DE LONGITUD, CADA UNA CON UN CABLE DE CONEXIÓN REUTILIZABLE DE 3 M DE LONGITUD COMO MÍNIMO, QUE SEAN COMPATIBLES LAS CONEXIONES DE LA PINZA CON EL CABLE Y CON LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA. (INCLUIR MARCAS Y MODELOS Y/O NÚMEROS DE CATALOGO). PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR DOS (2) PINZAS BIPOLAR TIPO RECTA REUTILIZABLES DE 20 CM DE LONGITUD, CADA UNA CON UN CABLE DE CONEXIÓN REUTILIZABLE DE 3.5 M DE LONGITUD COMO MÍNIMO, QUE SEAN COMPATIBLES LAS CONEXIONES DE LA PINZA CON EL CABLE Y CON LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, TODA VEZ QUE DICHAS CARACTERÍSTICAS, PERMITEN TENER UN MAYOR ALCANCE DURANTE EL PROCEDIMIENTO, QUE LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

*Handwritten signature and scribbles in blue ink.*





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO. LA-50-GYR-050GYR017-T-196-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS SINIESTRADOS 2025, PARA EL OOAD ESTATAL HIDALGO.**-----

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
10	4	PARTIDA 1 ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL	PUNTO: 3.7. ELECTRODOS MONOPOLARES DESECHABLES. (INCLUIR MARCAS Y MODELOS Y/O NÚMEROS DE CATALOGO): PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ELECTRODOS REUTILIZABLES, YA QUE AL SER ESTERILIZABLES SE PUEDEN OCUPAR EN UNA MAYOR CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS, SIN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SIN SER CONDICIONANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
11	5	PARTIDA 1 ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL	PUNTO: 3.7.1. DIEZ (10) ELECTRODOS DE TIPO CUCHILLA O TIPO BISTURÍ O DE TIPO ESPÁTULA. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATALOGO). PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR CINCO (5) ELECTRODOS DE TIPO CUCHILLA O TIPO BISTURÍ O DE TIPO ESPÁTULA REUTILIZABLES, YA QUE AL SER ESTERILIZABLES SE PUEDEN OCUPAR EN UNA MAYOR CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS, SIN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SIN SER CONDICIONANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.
12	6	PARTIDA 1 ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL	PUNTO: 3.7.2. CINCO (5) DE TIPO BOLA. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATALOGO). PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR CINCO (5) ELECTRODOS DE TIPO BOLA REUTILIZABLES, YA QUE AL SER ESTERILIZABLES SE PUEDEN OCUPAR EN UNA MAYOR CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS, SIN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SIN SER CONDICIONANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
13	7	PARTIDA 1 ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL	PUNTO: 3.7.3. CINCO (5) DE TIPO AGUJA. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATALOGO) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR CINCO (5) ELECTRODOS DE TIPO AGUJA REUTILIZABLES, YA QUE AL SER ESTERILIZABLES SE PUEDEN OCUPAR EN UNA MAYOR CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS, SIN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SIN SER CONDICIONANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO. LA-50-GYR-050GYR017-T-196-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS SINIESTRADOS 2025, PARA EL OOAD ESTATAL HIDALGO.**-----

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
14	8	COMPRAS MX, SECCIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA, CASILLA 5	5. MANIFIESTO POR EL QUE SE AFIRME O NIEGUE VÍNCULOS CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES. PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN ESTE APARTADO DEBEMOS SUBIR EL ANEXO NO. 21 (VEINTIUNO) "MANIFESTACIÓN REFERENTE A LOS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, LABORALES, PROFESIONALES, PERSONALES O DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD, O AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS"	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
15	9	COMPRAS MX, SECCIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA, CASILLA 6	6. MANIFIESTO EN EL QUE SE INDICA QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE DEN VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO. PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN ESTE APARTADO DEBEMOS SUBIR EL ANEXO NO. 22 (VEINTIDÓS) "ESCRITO DE NO BENEFICIO O VENTAJA"	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
16	10	COMPRAS MX, SECCIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA, CASILLA 7	7. MANIFIESTO EN EL QUE SE INDIQUE QUE NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO. PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN ESTE APARTADO DEBEMOS SUBIR EL APÉNDICE NO. 23 (VEINTITRES) "ESCRITO DE NO SUBCONTRATAR A LICITANTES"	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
17	11	COMPRAS MX, SECCIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA, CASILLA 12	NUMERAL 2.11. MODELO DE CONTRATO ANEXO 7 PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN ESTE APARTADO SOLO PODEMOS SUBIR UNA HOJA EN BLANCO, EN EL ENTENDIDO QUE EL CONTRATO SOLO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y PARA SU REVISIÓN, Y SOLO DEBERÁ SER PRESENTADO POR LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
18	12	CONVOCATORIA, NUMERAL 2.11	NUMERAL 2.11 MODELO DE CONTRATO ANEXO 7 PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CONTRATO SOLO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y PARA SU REVISIÓN, Y SOLO DEBERÁ SER PRESENTADO POR LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
19	13	CONVOCATORIA, NUMERAL 4.1.19	NUMERAL 4.1.19 "OPINIÓN DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL." PREGUNTA: ESTE DOCUMENTO TIENE UNA VIGENCIA DE 24 HRS A LA FECHA DE SU EMISIÓN POR LO QUE	SE ACEPTA. ADICIONAL A LO ANTERIOR SE INFORMA QUE LA PRESENTACIÓN DE LA OPINIÓN ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR

*Handwritten signature*





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO. LA-50-GYR-050GYR017-T-196-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS SINIESTRADOS 2025, PARA EL OOAD ESTATAL HIDALGO.**-----

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA INTEGRAR ESTE DOCUMENTO CON FECHA DE AL MENOS 5 DÍAS DE ANTELACION A LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO
20	14	CONVOCATORIA, NUMERAL 4.1.23	4.1.23 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES. PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO EN ESTE PUNTO, SOLO DEBEMOS ANEXAR EL DOCUMENTO QUE SE GENERE A TRAVES DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRONICA: WWW.GOB.MX/SFP Y/O HTTPS://MANIFIESTO.FUNCIONPUBLICA.GOB.MX/SMP-WEB/LOGINPAGE.JSF	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
21	15	ANEXO TÉCNICO, PUNTO 4 Y 5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN QUE SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA SE ENCUENTRA EL APÉNDICE NÚMERO 17 Y APÉNDICE NÚMERO 18, SIENDO QUE NO SE ENCUENTRAN JUNTO A LOS OTROS APÉNDICES.	SE INFORMA QUE SE PRESENTAN EN FORMA CONSECUTIVA, DENTRO DE LA CONVOCATORIA. ADICIONAL A LO ANTERIOR, SE ADJUNTAN PARA PRONTA REFERENCIA AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.
22	16	ANEXO TÉCNICO ANEXO 17	ANEXO 17 (DIECISIETE) "FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ANEXO 17 DE LA CONVOCATORIA Y EL APÉNDICE 17 MENCIONADO EN EL ANEXO TÉCNICO, SE TRATA DEL MISMO DOCUMENTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO. LA-50-GYR-050GYR017-T-196-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS SINIESTRADOS 2025, PARA EL OOAD ESTATAL HIDALGO.**-----

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
23	17	ANEXO TÉCNICO ANEXO 18	ANEXO 18 (DIECIOCHO) "FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ANEXO 18 DE LA CONVOCATORIA Y EN APÉNDICE 18 MENCIONADOS EN EL ANEXO TÉCNICO, SE TRATA DEL MISMO DOCUMENTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

**LICITANTE: DEWIMED, S.A.**

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
24	1	APÉNDICE 2- PARTIDA 1 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL NUMERAL 3.1.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 20 PLACAS PEDIÁTRICAS DESECHABLES, ESTO PARA EVITAR EL RIESGO DE QUEMADURAS EN EL PACIENTE, DEBIDO A QUE UNA PLACA DESECHABLE DIVIDIDA ES MÁS SEGURA QUE UNA REUSABLE DE GOMA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.
25	2	TÉRMINOS Y CONDICIONES, PLAZO DE ENTREGA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE AMPLÍE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A UN PLAZO ENTRE 60 Y 90 DÍAS NATURALES, LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE LOS BIENES OFERTADOS SON DE PROCEDENCIA EUROPEA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

**LICITANTE: INNOVACIÓN MEDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.**

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
26	1	PARTIDA 1, UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA	DEL PUNTO 1.2.1 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE HAGA REFERENCIA Y SEA LO EQUIVALENTE A CORTE PURO CON	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA EQUIVALENTE A LO SOLICITADO.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO. LA-50-GYR-050GYR017-T-196-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS SINIESTRADOS 2025, PARA EL OOAD ESTATAL HIDALGO.**-----

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		DE USO GENERAL	POTENCIA MÍNIMO DE 250 WATTS, DE ACUERDO A NUESTRA NOMENCLATURA, QUE PRESENTA CORTES CUIDADOSOS REPRODUCIBLES, MÁXIMA CONSERVACIÓN DEL TEJIDO, HEMOSTASIA REDUCIDA A MODERADA, FORMA DE TENSIÓN DE ALTA FRECUENCIA ALTERNA SINUSOIDAL NO MODULADA (PURA), GARANTIZANDO UNA CALIDAD DE CORTE REPRODUCIBLE Y CONSISTENTE, , CON POTENCIA DE SALIDA DE 300 VATIOS. ¿SE ACEPTA?	
27	2	PARTIDA 1, UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL.	DEL PUNTO 1.2.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE QUE HAGA REFERENCIA Y SEA LO EQUIVALENTE A MEZCLA, BLEND Y/O MODO DE POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS, NUESTRA TECNOLOGÍA PRESENTA CON NOMENCLATURA PROPIA HEMOSTASIA INTENSA CON UNA VELOCIDAD DE CORTE LIGERAMENTE REDUCIDA CON FORMA DE TENSIÓN DE ALTA FRECUENCIA ALTERNA SINUSOIDAL MODULADA POR IMPULSOS, GARANTIZANDO HEMOSTASIA MEJORADA Y MÍNIMA PRODUCCIÓN DE HUMO QUE MEJORA LA VISIBILIDAD DEL CAMPO QUIRÚRGICO, CON POTENCIA DE SALIDA DE 200 VATIOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA EQUIVALENTE A LO SOLICITADO.
28	3	PARTIDA 1, UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL.	DEL PUNTO 1.10. CON LA FINALIZADAD DE PROPORCIONAR AL INSTITUTO TECNOLOGÍAS MAS AVANZADAS PARA LA MEJORAR ATENCIÓN DEL DERECHOHABIENTE, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ADICIONAL A LA PANTALLA LCD O DISPLAY TFT PARA MOSTRAR PARÁMETROS O VALORES DE LOS PROGRAMAS; EL EQUIPO SEA CAPAZ DE PROPORCIONAR UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS POSIBLES EFECTOS TISULARES UTILIZANDO PARÁMETROS VARIABLES EN TIEMPO REAL. ESTA VISUALIZACIÓN APARECE EN LA PANTALLA ANTES DE LA ACTIVACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
29	4	PARTIDA 1, UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL.	DEL PUNTO 2.2. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR GRADO DE PROTECCIÓN IPX8, EL CUAL GARANTIZA LA PROTECCIÓN CONTRA EFECTOS DE INMERSIÓN EN AGUA, LA PROPUESTA ES SUPERIOR A LO MÍNIMO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, LO QUE PERMITE MEJORES CONDICIONES DE PROTECCIÓN AL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
30	5	PARTIDA 1,	DEL PUNTO 2.3. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO A LOS





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO. LA-50-GYR-050GYR017-T-196-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS SINIESTRADOS 2025, PARA EL OOAD ESTATAL HIDALGO.**

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL.	CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR GRADO DE PROTECCIÓN IPX8, EL CUAL GARANTIZA LA PROTECCIÓN CONTRA EFECTOS DE INMERSIÓN EN AGUA, LA PROPUESTA ES SUPERIOR A LO MÍNIMO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, LO QUE PERMITE MEJORES CONDICIONES DE PROTECCIÓN AL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	DEMÁS PARTICIPANTES.
31	6	PARTIDA 1, UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL.	DEL PUNTO 3.1.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA OFERTAR PLACA ADULTO Y/O PEDIÁTRICO REUSABLE EN ESTE NUMERAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.
32	7	PARTIDA 1, UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL.	DEL PUNTO 3.1.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA OFERTAR 20 (VEINTE) PLACAS DESECHABLES PEDIÁTRICAS POR CADA PLACA PEDIÁTRICA REUSABLE SOLICITADA. LA PROPUESTA PERMITE DAR CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD PARA LA ATENCIÓN DEL TIPO DE PACIENTE PEDIÁTRICO Y A SU VEZ GARANTIZA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INFECCIONES, ESPECIALMENTE EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CUYA PIEL ES MAS SENSIBLE, LA MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y LA OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO EN EL QUIRÓFANO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.
33	8	PARTIDA 1, UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL.	DEL PUNTO 3.2.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR DIEZ (10) PLACAS TAMAÑO NEONATAL DESECHABLES Y UN (1) CABLE DE CONEXIÓN REUTILIZABLE PARA USO CON LAS PLACAS OFERTADAS, LA PROPUESTA PERMITE DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO Y SE OTORGARÍA AL INSTITUTO LO NECESARIO PARA PODER EMPLEAR EL CONSUMIBLE SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.
34	9	4.1.19	OPINIONES POSITIVAS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTACIONES PATRONALES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DE EXPEDICIÓN COMPRENDIDA DESDE LA FECHA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y HASTA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, INVARIABLEMENTE A LA FIRMA DE CONTRATO DEBERÁ PRESENTARSE VIGENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA. ADICIONAL A LO ANTERIOR SE INFORMA QUE LA PRESENTACIÓN DE LA OPINIÓN ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO. LA-50-GYR-050GYR017-T-196-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS SINIESTRADOS 2025, PARA EL OOAD ESTATAL HIDALGO.**

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			NUESTRA PROPUESTA?	
35	10	4.1.20	TENIENDO EN CUENTA QUE EL SISTEMA DE INFONAVIT YA NO GENERA CONSTANCIAS DE FORMA DIARIA, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI SERÁ VÁLIDA LA ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE INFONAVIT CON UNA FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA. ADICIONAL A LO ANTERIOR SE INFORMA QUE LA PRESENTACIÓN DE LA OPINIÓN ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO
36	11	ANEXO 27 TERMINOS Y CONDICIONES INCISO D	DICE: AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE CUMPLE CON PRESENTAR EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	NO ES CORRECTO DEBERÁ DE PRESENTAR EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD.
37	12	ANEXO 27 TERMINOS Y CONDICIONES MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME, ¿EL CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SE DEBERÁ PRESENTAR EN CASO DE RESULTAR CON ADJUDICACIÓN? FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	NO ES CORRECTO, DEBERÁ DE PRESENTAR PROPUESTA DE CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONFORME A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.
38	13	4.1. PROPUESTA LEGAL- ADMINISTRATIVA.	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PODRÁN SER REPRODUCIDOS POR MI REPRESENTADA Y QUE NO SERÁN MOTIVO DE DESECHAMIENTO, EL NO RESPETAR EXACTAMENTE EL MISMO FORMATO, SIEMPRE Y CUANDO EL ESCRITO REPRODUCIDO INCLUYA LA INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITADA EN EL FORMATO ORIGINAL DE LA CONVOCATORIA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

**LICITANTE: KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
39	1	PARTIDA 1 UNIDAD ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL	PUNTO 3.3.1 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ELECTRODO TIPO CUCHILLA REUTILIZABLE, LARGO MÍNIMO 7 CM. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.
40	2	4.1.3 OPINIÓN DE	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE	SE ACEPTA. ADICIONAL A LO ANTERIOR SE



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO. LA-50-GYR-050GYR017-T-196-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS SINIESTRADOS 2025, PARA EL OOAD ESTATAL HIDALGO.**-----

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	NO PONER EN RIESGO LA CARGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA PLATAFORMA DE COMPRAS MX, PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL POSITIVA EMITIDA CON FECHA DE HASTA 3 DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA APERTURA DE PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA?	INFORMA QUE LA PRESENTACIÓN DE LA OPINIÓN ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO
41	3	PARTIDA 1 UNIDAD ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL	PUNTO 3.1 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PLACA DE RETORNO DE PACIENTE DESECHABLE ADULTO CON CABLE DE CONEXIÓN DE 2.7M. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.
42	4	PARTIDA 1 UNIDAD ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL	PUNTO 3.3.2 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ELECTRODO TIPO CUCHILLA, DESECHABLE, DE 62 MM DE LONGITUD TOTAL Y 28 MM DE LONGITUD ACTIVA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.
43	5	PARTIDA 1 UNIDAD ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL	PUNTO 3.5 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PINZA BIPOLAR REUTILIZABLE RECTA DE 15.2 CM, CADA UNA CON CABLE DE CONEXIÓN DE 3 M DE LONGITUD COMO MÍNIMO Y QUE ES COMPATIBLE CON LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

A continuación y una vez que se revisaron las preguntas y se dio respuesta a las mismas, estas se envían mediante la Plataforma Compras MX a los licitantes registrados para este acto, a fin de que procedan a conocer las mismas, con fundamento a lo previsto en el artículo 46 Fracción II del Reglamento de la Ley, **MANIFESTANDO A LOS LICITANTES QUE TIENE HASTA A LAS 16:40 HRS DEL 03 DE OCTUBRE DE 2025 PARA QUE PUEDAN FORMULAR PREGUNTAS EXPRESAMENTE EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES GENERALES EMITIDAS POR EL INSTITUTO, A TRAVÉS DE ESTE MEDIO.**

Con base en el párrafo anterior, se deja asentado que una vez cumplido el plazo establecido para la recepción de preguntas en relación con las respuestas emitidas, fue consultado en la citada plataforma COMPRAS MX, donde se pudo constatar que se formularon las siguientes repreguntas:

**LICITANTE: INNOVACIÓN MEDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.**

NÚMERO CONSECUTIVO DE RE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
1	DE LA PREGUNTA NO. 8 DE INNOVACIÓN MÉDICA Y TECNOLOGÍAS PARA	DE LA PREGUNTA NO. 8 DE INNOVACIÓN MÉDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V., CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN E INCENTIVAR LA COMPETENCIA ECONÓMICA, SE SOLICITA	NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR AL MENOS DIEZ (10) PLACAS TAMAÑO PEDIÁTRICO, CONFORME AL APÉNDICE 2 "EQUIPO MÉDICO, FICHAS TÉCNICAS DE DESCRIPCIÓN"



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO. LA-50-GYR-050GYR017-T-196-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS SINIESTRADOS 2025, PARA EL OOAD ESTATAL HIDALGO.**-----

NÚMERO CONSECUTIVO DE RE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
	LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PARA EL PUNTO 3.2.2. DIEZ (10) PLACAS TAMAÑO NEONATAL DESECHABLES Y UN (1) CABLE DE CONEXIÓN REUTILIZABLE DE LA MISMA MARCA DE LAS PLACAS NEONATALES DESECHABLES Y DEL EQUIPO, PARA USO CON LOS MISMOS, LA PROPUESTA NO AFECTA LA SOLVENCIA TÉCNICA DE LO SOLICITADO, TODA VEZ QUE EL CABLE DE CONEXIÓN REUTILIZABLE TIENE UN TIEMPO DE VIDA MUCHO MAS PROLONGADO, 5 AÑOS EN PROMEDIO, QUE PUEDE EMPLEARSE FÁCILMENTE CON LAS 10 PLACAS NEONATALES DESECHABLES SOLICITADAS, SIN AFECTAR EL EMPLEO Y DESEMPEÑO CORRECTO DEL CONSUMIBLE Y DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE EFECTUEN. ¿SE ACEPTA?	
2	DE LA PREGUNTA NO. 7 DE INNOVACIÓN MÉDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V.	DE LA PREGUNTA NO. 7 DE INNOVACIÓN MÉDICA Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD MX, S.A. DE C.V., SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CINCUENTA (50) PLACAS DESECHABLES PEDIÁTRICAS POR CADA PLACA REUSABLE SOLICITADA, EL EMPLEO DE PLACAS DESECHABLES EN PACIENTES PEDIÁTRICOS ES MAS CONVENIENTE PARA LOS TRATAMIENTOS DE ESTE TIPO DE PACIENTES TODA VEZ QUE GARANTIZA REDUCCIÓN DE RIESGO DE INFECCIONES Y QUEMADURAS, MEJORANDO LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES Y OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO, LA CANTIDAD PROPUESTA PERMITE REALIZAR PROCEDIMIENTOS EQUIVALENTES AL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA PLACA REUSABLE GARANTIZANDO LA CALIDAD DE CONTACTO EN LA PIEL Y SEGURIDAD DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR AL MENOS UNA (1) PLACA TAMAÑO PEDIÁTRICO (REUTILIZABLE), CONFORME AL APÉNDICE 2 "EQUIPO MÉDICO, FICHAS TÉCNICAS DE DESCRIPCIÓN"

De conformidad con el artículo 43 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Por tratarse de un procedimiento electrónico, para efectos de la notificación y en términos del último párrafo del artículo 50 de la Ley y 49 segundo párrafo de su Reglamento, serán difundidas el mismo día de su celebración en la Plataforma Compras MX, en el cual se indicará que dicha acta se encuentra a su disposición en el citado sistema en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/>

Finalmente, se informa que el **Acto de Presentación y Apertura de Propositiones** se llevará a cabo el **día 10 de octubre de 2025 a las 10:00 horas**, en la sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Boulevard Luis Donald Colosio No. 4604, Fracc. El Palmar II, Fracción II C.P. 42088 en Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente a través de la Plataforma Compras MX, de conformidad con el artículo 47, párrafo quinto, del Reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las **18:00 horas**, del día **03 de octubre de 2025**.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO. LA-50-GYR-050GYR017-T-196-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS SINIESTRADOS 2025, PARA EL OOAD ESTATAL HIDALGO.**-----

Esta Acta consta de **16 (dieciséis) hojas** y **un anexo** firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

**POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

ÁREA O DEPARTAMENTO	REPRESENTANTE Y CARGO	FIRMA
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	<b>LIC. CHRISTIAN MICHEL ROSAS CRUZ</b> JEFE	
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS	<b>ING. EDGAR AARON HERNANDEZ TORRES</b> INGENIERO BIOMÉDICO	
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	<b>L.E.M. NATALI PEÑA PÉREZ</b> ANALISTA SUPERVISOR E2	

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

NOMBRE	FIRMA
<b>MTRO. CLAUDIO SALVADOR RODRIGUEZ MALDONADO</b> ÁREA DE AUDITORÍA, QUEJAS, DENUNCIAS Y RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	

**POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS**

NOMBRE	FIRMA
NO SE PRESENTARON	





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO. LA-50-GYR-050GYR017-T-196-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS SINIESTRADOS 2025, PARA EL OOAD ESTATAL HIDALGO.**

**APÉNDICE 17 (DIECISIETE)**

**FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ (1)

\_\_\_\_\_ (2)

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento \_\_\_\_\_ (3) No. \_\_\_\_\_ (4) en el que mi representada, la empresa \_\_\_\_\_ (5) participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Electrónicas Internacionales Bajo Cobertura de Tratados suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la clave \_\_\_\_\_ (6), será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%\*, o \_\_\_\_\_ (7)% como caso de excepción.

De igual forma, manifiesto **Bajo Protesta de Decir Verdad**, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la Convocante.

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_ (8)

\*Este porcentaje deberá adecuarse conforme a los incrementos previstos en la cuarta de las reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebran las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

**INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2**

NUMERO	DESCRIPCIÓN
1	Señalar la fecha de suscripción del documento.
2	Anotar el nombre de la dependencia o entidad que invita o convoca.
3	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, Licitaciones Públicas Electrónicas Internacionales Bajo Cobertura de Tratados suscritos por los Estados Unidos Mexicanos o invitación a cuando menos tres personas.
4	Indicar el número respectivo.
5	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante.
6	Señalar el número de clave que corresponda.
7	Establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al contenido nacional, de las "Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal".
8	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

**NOTA:** Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

*[Handwritten signature]*





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO. LA-50-GYR-050GYR017-T-196-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS SINIESTRADOS 2025, PARA EL OOAD ESTATAL HIDALGO.**-----

**APÉNDICE 18 (DIECIOCHO)**

**FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_ (1) \_\_\_\_ (2)

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento \_\_\_\_ (3) \_\_\_\_ No. \_\_\_\_ (4) \_\_\_\_ en el que mi representada, la empresa \_\_\_\_ (5) \_\_\_\_ participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Electrónicas Internacionales Bajo Cobertura de Tratados suscritos por los Estados Unidos Mexicanos suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la clave(s) número \_\_\_\_ (6) \_\_\_\_, son originarios de \_\_\_\_ (7) \_\_\_\_, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio \_\_\_\_ (8) \_\_\_\_, de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado.

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.

ATENTAMENTE

\_\_\_\_ (9) \_\_\_\_

**INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2**

NUMERO	DESCRIPCIÓN
1	Señalar la fecha de suscripción del documento.
2	Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante.
3	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, Licitaciones Públicas Electrónicas Internacionales Bajo Cobertura de Tratados suscritos por los Estados Unidos Mexicanos o invitación a cuando menos tres personas.
4	Indicar el número de procedimiento respectivo.
5	Citar el nombre o razón social o denominación del licitante.
6	Señalar el número de clave que corresponda.
7	Anotar el nombre del país de origen del bien.
8	Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación.
9	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

**NOTA:** Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente



Gobierno de  
**México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



# **ANEXO NUMERO 1 (UNO) "PANTALLA"**

*JCO*



## EMPRESAS QUE HAN MANIFESTADO INTERÉS EN PARTICIPAR

Fecha y hora de la emisión del reporte: 2 de octubre de 2025 a las 12:51

### Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: E-2025-00089846

Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR017-T-196-2025

Número de junta: 1

### Empresas interesadas

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Acuse(s) de solicitud de aclaracion	Acuse(s) de repreguntas
1	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	2 de octubre de 2025 a las 07:56	2 de octubre de 2025 a las 07:56	NO	NO
2	BROKER MEDICAL SA DE CV	1 de octubre de 2025 a las 08:04	2 de octubre de 2025 a las 07:30	NO	NO
3	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	1 de octubre de 2025 a las 09:16	1 de octubre de 2025 a las 11:16	SI	NO
4	COMERCIALIZADORA GRUPO LOUJOR SA DE CV	1 de octubre de 2025 a las 10:19	1 de octubre de 2025 a las 13:23	SI	NO
5	CONSORCIO MEDICO MIUS S DE RL DE CV	29 de septiembre de 2025 a las 11:45		NO	NO
6	DEWIMED SA	30 de septiembre de 2025 a las 18:04	30 de septiembre de 2025 a las 18:05	SI	NO
7	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	30 de septiembre de 2025 a las 10:11	30 de septiembre de 2025 a las 10:12	NO	NO



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena

<https://www.gob.mx/buengobierno>

*Acces*



8	HEALTH GROUP ARGANE SA DE CV	30 de septiembre de 2025 a las 11:00		NO	NO
9	HOIHO ROBOTICS S A P I DE CV	29 de septiembre de 2025 a las 11:40		NO	NO
10	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	29 de septiembre de 2025 a las 11:54	29 de septiembre de 2025 a las 11:56	SI	NO
11	KENDALL DE MEXICO SA DE CV	1 de octubre de 2025 a las 12:45	1 de octubre de 2025 a las 14:00	SI	NO
12	MAINEQ DE MEXICO SA DE CV	30 de septiembre de 2025 a las 18:07	1 de octubre de 2025 a las 17:19	NO	NO
13	QUANTUM MEDICAL GROUP SA DE CV	1 de octubre de 2025 a las 10:22		NO	NO
14	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	29 de septiembre de 2025 a las 13:26		NO	NO
15	TECNOMEDICS SA DE CV	30 de septiembre de 2025 a las 20:05		NO	NO

*[Handwritten signature]*