



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., siendo las **09:00 horas, del día 11 de febrero de 2025**, en la sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Calle Arboledas No. 115 lotes 54 y 55, Zona Industrial La Paz C.P. 42080, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 de su Reglamento, así como del numeral 4 de la Convocatoria.

Quien preside el acto, la **Mtra. Karla Guadalupe López Campos, Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios**, servidor público de conformidad con lo establecido en el Numeral 5.3.8 Inciso b), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social; quien comunicó a los asistentes que de conformidad con el Artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan manifestado su interés en participar en esta Licitación a través de la Plataforma Integral CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto mediante dicho sistema.

Se hace constar que se encuentra presente el **Lic. Josepe Giovanni Hernandez Amaya**, representante del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuya firma aparece al final de la presente acta.

De igual manera se hace constar que no se cuenta con testigo social, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 Ter de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De conformidad con al artículo 26 penúltimo párrafo de la Ley, se hace constar que no asistieron personas que manifestaran su interés de estar presentes en este acto como observadores.

La Presidenta del acto, fue asistido por los representantes de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas y por los representantes del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y escritos de interés en participar, a través de la Plataforma Integral CompraNet de los siguientes licitantes, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley.:

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	NUMERO DE PREGUNTAS
1	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	28
2	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	0
3	FM MEDICS SA DE CV	0
4	MEDINSE S DE RL DE CV	0
5	EDIFICADORA DE HOSPITALES ECA S A P I DE CV	0
6	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	0
7	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	16
8	SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	43



Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin of the page.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025,-----

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	NUMERO DE PREGUNTAS
9	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	4
TOTAL		91

El representante del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, manifiesta que:

"Con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dispone que la Secretaría de la Función Pública, podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, quinto del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 33 y 33 bis de la Ley; 46, fracciones IV y V, de su reglamento, se solicita a los representantes del área contratante, área requirente y/o técnica, en el ámbito de sus facultades a dar respuesta de forma clara y precisa a las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y sus anexos; además, se sugiere al área contratante consultar previamente el Diario Oficial de la Federación para verificar que los interesados que formulen aclaraciones a la Convocatoria y/o manifiesten interés en participar en el presente procedimiento no se encuentren inhabilitados.

En los términos del numeral 4.21 j) de las POBALINES, bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que en los procedimientos a celebrarse este día, por parte del suscrito no existe conflicto de intereses.

Finalmente, se sugiere considerar todas y cada de las solicitudes de aclaración por parte de los participantes, para que se tomen las previsiones correspondientes en cuanto a las posibles modificaciones susceptibles de realizarse a la Convocatoria del procedimiento de contratación y sus anexos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33, de la LAASSP y conforme al tramo de responsabilidad de cada una de las áreas contratante, requirente y/o técnica". Siendo todo lo que desea manifestar."

Acto seguido los representantes del área técnica manifiestan tener las siguientes modificaciones a la Convocatoria en la cual se establecen las bases de la Licitación en cita, mismas que servirían y actualizarían las condiciones del procedimiento de contratación en términos del artículo 33 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al numeral 4 de la misma:

NUMERAL	DICE	DEBE DECIR
3.2. FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCION DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES	<u>AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA SE ACTUALIZA EL CALENDARIO DE EVENTOS.</u>	
6.1. PROPOSICIÓN TÉCNICA	La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación, según corresponda:	La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación, según corresponda:



Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025,-----

NUMERAL	DICE	DEBE DECIR
	<p>I. Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el ANEXO NO. 1 (UNO) "ANEXO TÉCNICO".</p> <p>II. Documentación que se detalla en los rubros a), b), c) y d) de la TABLA NO. 1 "PONDERACIÓN DE RUBROS Y SUBRUBROS DE PROPUESTA TÉCNICA A EVALUAR" establecida en el ANEXO NO. 2 (DOS) TÉRMINOS Y CONDICIONES de esta Convocatoria.</p> <p>III. Copia simple y legible de los documentos descritos en el NUMERAL 2 (DOS) y contenidos en el ANEXO NO. 2 (DOS) TÉRMINOS Y CONDICIONES de la presente Convocatoria, según corresponda.</p> <p>IV. Copia simple y legible de los documentos descritos en el NUMERAL 3 (TRES) y contenidos en el ANEXO NO. 2 (DOS) TÉRMINOS Y CONDICIONES de la presente Convocatoria, según corresponda.</p> <p>V. Documentos descritos y contenidos en el ANEXO 2 (DOS) "TÉRMINOS Y CONDICIONES" de la presente Convocatoria, según corresponda.</p>	<p>I. Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el ANEXO NO. 1 (UNO) "ANEXO TÉCNICO".</p> <p>II. Documentación que se detalla en los rubros a), b), c) y d) de la TABLA NO. 1 "PONDERACIÓN DE RUBROS Y SUBRUBROS DE PROPUESTA TÉCNICA A EVALUAR" establecida en el ANEXO NO. 2 (DOS) TÉRMINOS Y CONDICIONES de esta Convocatoria.</p> <p>III. Copia simple y legible de los documentos descritos en el NUMERAL 4 (CUATRO) y contenidos en el ANEXO NO. 2 (DOS) TÉRMINOS Y CONDICIONES de la presente Convocatoria, según corresponda.</p>
<p>ANEXO NO. 1 (UNO) "ANEXO TÉCNICO"</p> <p>3. DESCRIPCIÓN AMPLIA DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA</p>	<p>3.2 CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS</p> <p>La conformación del "Servicio Médico Integral para Hemodinamia y Radiología Intervencionista" (SMI para HERI) se contemplan 12 tipos de procedimientos, para lo cual se deberá considerar los requerimientos para cada una de las Unidades Médicas establecidas en el APENDICE T1" Requerimientos del SMI para HERI, mismos que se enlistan en el siguiente: "Catálogo de Procedimientos"; identificándolos por clave y nombre del procedimiento:</p>	<p>3.2 CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS</p> <p>La conformación del "Servicio Médico Integral para Hemodinamia y Radiología Intervencionista" (SMI para HERI) se contemplan 12 tipos de procedimientos con la descripción de los bienes mencionada en el APENDICE T1.A Bienes de Consumo Básico para Procedimientos de SMI para HERI, para lo cual se deberá considerar los requerimientos para cada una de las Unidades Médicas establecidas en el APENDICE T1" Requerimientos del SMI para HERI, mismos que se enlistan en el siguiente: "Catálogo de Procedimientos"; identificándolos por clave y nombre del procedimiento:</p>
<p>ANEXO NO. 2 (DOS)</p>	<p>(...)</p>	<p>(...)</p>



Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin, including a large vertical line and a circled signature.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NUMERAL	DICE	DEBE DECIR
TERMINOS Y CONDICIONES 4.1 Documentación Legal-Administrativa	La documentación legal-administrativa enviada a través de CompraNet podrá ser presentada en FORMATO PDF (utilizar alta resolución), formato imagen o equivalente. En caso de comprimir archivos, no deberá depender de otro (s) programa (s) y/o procedimiento (s) para realizar la apertura de estos, referida en los numerales del 4.1.1 al 4.1.18 de la Convocatoria	La documentación legal-administrativa enviada a través de CompraNet podrá ser presentada en FORMATO PDF (utilizar alta resolución), formato imagen o equivalente. En caso de comprimir archivos, no deberá depender de otro (s) programa (s) y/o procedimiento (s) para realizar la apertura de estos, referida en el numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN REMITIR POR LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET 2023, QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, LEGAL Y ECONÓMICA de la Convocatoria
APENDICE T4 BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI	SE ACTUALIZA AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA	

Posteriormente, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los licitantes, así como las respuestas otorgadas, como se indican a continuación

LICITANTE: DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	1	CONVOCATORIA	AL NO CONSTITUIR UNA ADQUISICIÓN DE BIENES SINO LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO MÉDICO INTEGRAL, CONFORMADO POR EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y BIENES DE CONSUMO COMPATIBLES CON EL EQUIPO MÉDICO Y ENTRE SI, LOS CUALES NO PASAN A SER PROPIEDAD DEL IMSS, LOS BIENES NO ESTÁN SUJETOS A LOS TRATADOS, POR LO QUE EL ORIGEN DE LOS MISMOS PODRÁN PROVENIR DE PAÍSES NO SOCIOS Y ÚNICAMENTE SE REQUIERE QUE LOS LICITANTES ACREDITEN SU NACIONALIDAD, YA SEA MEXICANA O DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA CELEBRADO UN TLC CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
2	2	CONVOCATORIA. NUMERAL 6 INCISO C)	ENTENDEMOS QUE SI MI REPRESENTADA NO FORMA PARTE DE LA ESTRATIFICACIÓN MIPYME PODEMOS PRESTAR EL ANEXO NO. 6 CON LA LEYENDA "NO APLICA", SIN SER CAUSAL DE DESECHAMIENTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
3	3	CONVOCATORIA. NUMERAL 6 INCISO D)	ENTENDEMOS QUE EL ANEXO QUE SE DEBE DE PRESENTAR EN EL ANEXO 5 MANIFIESTO DE CAPACIDAD SUFICIENTE Y NO EL ANEXO 7 COMO SE MENCIONA EN LAS BASES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
4	4	CONVOCATORIA. NUMERAL 6 INCISO F)	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL NUMERAL 6 INCISO D SE ACREDITA CON LA PRESENTACIÓN DEL ANEXO 7, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
5	5	CONVOCATORIA. NUMERAL 6 INCISO G)	ENTENDEMOS QUE EN CASO DE NO CONTAR CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD PODEMOS ADJUNTAR EL ANEXO 8 CON LA LEYENDA "NO APLICA" A COMPRANTE EN EL NUMERAL 11, YA QUE ES OBLIGATORIA SU CARGA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
6	6	CONVOCATORIA. NUMERAL 6 INCISO I)	ENTENDEMOS QUE EN CASO DE QUE NUESTRA PROPUESTA NO IMPLIQUE PARTICIPACIÓN CONJUNTA PODEMOS ADJUNTAR EL ANEXO 9 CON LA LEYENDA "NO APLICA" A COMPRANTE EN EL NUMERAL 13, YA QUE ES OBLIGATORIA SU CARGA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
7	7	CONVOCATORIA. NUMERAL 6.3 FRACCIÓN VI	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ADEMÁS DEL ACTA CONSTITUTIVA NOS PERMITA PRESENTAR SOLAMENTE LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN AL ACTA CONSTITUTIVA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA.
8	8	ANEXO NO. 1 NUMERAL 4.3, 6.1.1 Y 6.2.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS SOLO POR EL LADO ANVERSO, YA QUE EL	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES





Gobierno de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			REVERSO SOLO INCLUYE LA LEYENDA "SIN TEXTO", LA CUAL RESULTA IRRELEVANTE Y AUMENTA DE FORMA INNECESARIA EL PESO DE LOS ARCHIVOS ¿SE ACEPTA?	
9	9	ANEXO NO. 1 NUMERAL 4.3, 6.1.1 Y 6.2.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA LOS EQUIPOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS, CATÁLOGOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD POR FAMILIA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, DEBERA PRESENTAR LOS REGISTROS INDIVIDUALMENTE
10	10	ANEXO NO. 1 NUMERAL 4.3, 6.1.1 Y 6.2.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR UN SOLO ARCHIVO QUE CONTENGA TODOS LOS REGISTROS SANITARIOS, UN SOLO ARCHIVO QUE CONTENGA TODOS LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD Y UN SOLO ARCHIVO QUE CONTENGA TODOS LOS CATÁLOGOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA
11	11	TERMINOS Y CONDICIONES. PONDERACION B VS NUMERAL 4.2.17	DADO QUE EL INCISO B) EXPERIENCIA DE LA TABLA DE PONDERACIÓN NO COINCIDE CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.2.17, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN REQUIERE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DE LOS LICITANTES CURRÍCULUM O LA PRESENTACIÓN DE CONTRATOS?	Apegarse a la Tabla No. 1 (PONDERACIÓN DE RUBROS Y SUBRUBROS DE PROPUESTA TÉCNICA A EVALUAR), contenida en el ANEXO NO. 2 (DOS) TERMINOS Y CONDICIONES
12	12	ANEXO NO. 2 NUMERAL 4.1.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE DOCUMENTOS DEBEN PRESENTARSE PARA ACREDITAR EN ESTE NUMERAL YA QUE NO EXISTEN LOS NUMERALES DEL 4.1.1 AL 4.1.18 EN LA CONVOCATORIA A LOS QUE HACE REFERENCIA.	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACTUALIZACIONES AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA
13	13	COMPRANET TECNICO NUMERAL 3 FRACC 3	ENTEDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO SOLO SE CONSIDERARÁ LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE COMPRENDE DEL 4.2.1 AL 4.2.10 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACTUALIZACIONES AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA
14	14	COMPRANET TECNICO NUMEROS 3 FRACC 3	DE ACUERDO A LOS PARAMETROS DE COMPRANET LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN TÉRMINOS Y CONDICIONES SE DUPLICA, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EN LOS NÚMEROS 2 Y 3 DEL APARTADO TÉCNICO DE COMPRANET SE DEBEN VOLVER A CARGAR EN LOS NUMERALES 4 AL 12 YA QUE ES OBLIGATORIA SU CARGA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACTUALIZACIONES AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA
15	15	APENDICE T1 REQUERIMIENTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL DESGLOSE DE LOS PROCEDIMIENTOS CON LOS BIENES DE CONSUMO BÁSICO (BCB) QUE REQUIERE CADA UNO, YA QUE NO SE INDICAN EN LA CONVOCATORIA.	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACTUALIZACIONES AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA
16	16	APENDICE T4 BCC 60.01.848	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTERES DIAGNÓSTICO CONVENCIONAL DISTINTOS DE 4 A 6 FR Y HASTA 110 CMS DE LONGITUD, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y OFRECER TECNOLOGÍAS DISPONIBLES EN EL MERCADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA SOLICITADO
17	17	APENDICE T4 BCC 60.01.886	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: UN EXTRACTOR MANUAL DE TROMBOS E 5 A 8 FR, LONG 138 CM, CON INDICACIÓN ARTERIAL O VENOSA, ¿ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
18	18	APENDICE T4 BCC 60.01.899	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: UN INTRODUCIDOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA PEDIÁTRICO, 4, 5 Y 6 FRENCH, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 10 CMS., ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
19	19	APENDICE T4 BCC 60.01.900	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: UN INTRODUCIDOR ARTERIAL O VENOSO PARA ACCESO FEMORAL DE 4-8 FR, LONG 10 A 25 CM, COMPATIBLE CON GUÍA 0.025" A 0.035", ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA SOLICITADO
20	20	APENDICE T4 BCC 60.01.907	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: UN INTRODUCIDOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 O 16 Ó 25 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE 4 A 10 FR., ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA SOLICITADO
21	21	APENDICE T4 BCC 60.01.920	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: MANTAS PARA AUTO CALENTAMIENTO ACTIVO INTRAOPERATORIAS PARA LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO Y MANTAS PARA POST OPERATORIO DE ACCESO MÚLTIPLE QUE POR SU TECNOLOGÍA NO REQUIERE DE EQUIPO CAPITAL, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
22	22	APENDICE T4 BCC 60.01.944	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO COMO UNA ALTERNATIVA A LAS 3 PLATAFORMAS YA MENCIONADAS, UNA PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE SIROLIMILUS EN CROMO COBALTO, GARANTIZANDO A LA CONVOCANTE QUE SE OFERTARÁN AL MENOS 3 PLATAFORMAS DISTINTAS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA AL NO SER CLARA LA SOLICITUD
23	23	APENDICE T4 BCC 60.01.978	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: UN CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DIÁMETRO MÍNIMO ENTRE 1.0-1.1 Y MÁXIMO 4.5 MM Y LONGITUDES MÍNIMA 6- 10 Y MÁXIMA 30 MM. Y DE 130 A 155CM DE LARGO,	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA SOLICITADO





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025,-----

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO) ¿SE ACEPTA?	
24	24	APENDICE T4 BCC 60.01.1069	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE ACCESO FEMORAL, DE SUJECION QUE FORMA UNA LAZO PARA EXTRACCIÓN DE OBJETOS EXTRAÑOS. CON UNA LONGITUD DE 93 CMS. SE COLOCA CERCA DEL CABLE A TRAVÉS DE UNA VAINA INTERNA DE 9 FR LARGA Y FLEXIBLE COLOCADA COAXIALMENTE DENTRO DE UNA VAINA EXTERIOR DE 11 FR. LA PRESENTACIÓN ES EN KIT QUE CONTIENE: VÁLVULA HEMOSTÁTICA, DILATADOR, JUEGO DE VAINAS INTRODUTORAS PARA ESTACIÓN DE TRABAJO, VAINA INTERIOR RECTA DE 9 FR CON UN LAZO TAMBIEN COMPATIBLE CON UNA VAINA INTRODUTORA FEMORAL CURVA DE DIAMETRO EXTENSO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA SOLICITADO
25	25	APENDICE T4 BCC 60.01.1085	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: UNA SONDA PARA RETRACCIÓN ESOFÁGICA, SIN NECESIDAD DE EQUIPO CAPITAL ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
26	26	ANEXO T4 ESTIMULADOR CARDIACO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL ESTIMULADOR CARDIACO, COMO EQUIPO ITINERANTE YA QUE EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE ELECTROFISIOLOGÍA DIAGNOSTICA CARDIACA SON MÍNIMOS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
27	27	ANEXO T4 EQUIPO DE GUIA DE PRESION PARA CALCULO DE FLUJO DE RESERVA FRACCIONAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INCLUYA EN EL APÉNDICE 4 EL BCC ASOCIADO AL EQUIPO GUÍA DE PRESIÓN PARA CÁLCULO DE FLUJO DE RESERVA DE FLUJO FRACCIONAL, O BIEN QUE ELIMINE EL EQUIPO DEL PROYECTO, YA QUE AL INCLUIR EL EQUIPO Y NO EL CONSUMIBLE, ESTE NO PODRÍA SER UTILIZADO ¿SE ACEPTA?	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES EN EL INICIO DEL ACTA
28	28	ANEXO T4 EQUIPO PARA TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA (OCT) INTRAVASCULAR	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INCLUYA EN EL APÉNDICE 4 EL BCC ASOCIADO AL EQUIPO PARA TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPRICA (OCT) INTRAVASCULAR, O BIEN QUE ELIMINE EL EQUIPO DEL PROYECTO, YA QUE AL INCLUIR EL EQUIPO Y NO EL CONSUMIBLE, ESTE NO PODRÍA SER UTILIZADO ¿SE ACEPTA?	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES EN EL INICIO DEL ACTA

LICITANTE: SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
29	1	CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS EXPLIQUE A QUE SE REFIERE CON VIDA ÚTIL. ¿FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO?	SE REFIERE A LOS AÑOS PROMEDIO QUE DE ACUERDO CON EL FABRICANTE EL EQUIPO PUEDE FUNCIONAR SIN INCIDENCIAS RELIZANDO LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CORRESPONDIENTES
30	2	CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO	DICE: 2.- SI LA LICITANTE ENTREGA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. PARA EL TEMA DE LOS PROGRAMAS Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, ENTENDEMOS QUE NO APLICARA SI OFERTAMOS EQUIPOS NUEVOS, ESTO POR EL TIEMPO DE LA VIGENCIA DEL SERVICIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ESTO DEBERÁ SER COMPROBADO POR LA DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR EL FABRICANTE EN DÓNDE MENCIONA QUE NO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN DETERMINADO TIEMPO
31	3	CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO	DICE: 3. SI EL LICITANTE PRESENTA COPIAS DE LAS FACTURAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS PARA ATENDER EL SERVICIO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CUYA ADQUISICIÓN SE HAYA REALIZADO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 AÑOS.... SI MI REPRESENTADA OFERTADA EQUIPOS NUEVOS NO NOS APLICARÍA ESTE PUNTO, SIN EMBARGO, CON PRESENTAR UN ESCRITO INDICADO QUE LOS EQUIPOS QUE OFERTAMOS SON NUEVOS, OBTENDREMOS EL PUNTAJE SEÑALADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ PRESENTAR FACTURAS DE LOS EQUIPOS
32	4	ANEXO TECNICO PAGINA 8	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UN ARCHIVO CONSOLIDADO DE LOS REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y CATALOGOS, CADA UNO DE ESTOS ARCHIVOS CONSOLIDADOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, YA QUE LA PLATAFORMA COMPRANET NO PERMITE SUBIR CARPETAS SOLO ARCHIVOS EN FORMATOS PDF, WORD Y EXCEL, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON TODO LO SEÑALADO EN LAS PRESENTES BASES
33	5	ANEXO TÉCNICO, PUNTO 3.2 CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS Y APENDICE T1.	SOLICITAN TIPO Y CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS ESTIMADOS, ENLISTAN 12 PROCEDIMIENTOS, SIN EMBARGO, NO DESCRIBEN LOS BIENES DE CONSUMO BÁSICOS QUE SERÁN NECESARIOS PARA REALIZAR CADA UNO DE DICHS PROCEDIMIENTOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PROPORCIONE LOS BIENES DE CONSUMO BÁSICOS QUE SERÁN EMPLEADOS PARA CADA PROCEDIMIENTO. FAVOR DE	NO SON SUCEPTIBLES A ENUMERAR YA QUE SE ENCUENTRAN EN LOS BIENES COMPLEMENTARIOS.





Gobierno de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025,-----

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			MANIFESTARSE.	
34	6	ANEXO 2, TERMINOS Y CONDICIONES, PUNTO 4.2.3	SOLICITAN FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES COMPLETOS ENTRE OTROS EN CUYO CASO DEBERÁN APLICAR PARA COMPROBAR Y CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA IDENTIFICACIÓN CORRECTA DE LA DOCUMENTACIÓN, BASTARÁ CON INDICAR LA CLAVE CLVSI PARA LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN.	DEBERÁ MENCIONAR CLAVE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES QUE LOS IDENTIFIQUE DE MANERA CLARA Y PRECISA
35	7	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS, CLVSI 60.01.1068	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR STENT/ANDAMIO BIO ABSORBIBLE LIBERADOR DE FÁRMACO SIROLIMUS, EVEROLIMUS Ó ZOTAROLIMUS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA AL NO SER CLARA LA SOLICITUD
36	8	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS, CLVSI 60.01.841	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA SENO CORONARIO DE 5 A 8 FR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA AL NO SER CLARA LA SOLICITUD
37	9	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS, CLVSI 60.01.900	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR INTRODUCIDOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA 4,5,6,7,8 FRENCH, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM. CON GUÍA VASCULAR 0.032" A 0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA AL NO SER CLARA LA SOLICITUD
38	10	ANEXO T11	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS ÚNICOS EQUIPOS QUE SE DEBERÁN OTORGAR PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO SON ELLOS ENLISTADOS EN EL ANEXO T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA AL NO SER CLARA LA SOLICITUD
39	11	APÉNDICE T2	SE PUEDE ENTENDER QUE LA GARANTÍA CUBRIRÁ VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICA Y FALLAS TÉCNICAS INTRÍNECAS DEL EQUIPO DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO. EXCLUYENDO TODOS AQUELLOS DAÑOS QUE SE PRESENTEN POR MALOS USOS ACCIDENTALES O INTENCIONALES POR PARTE DEL USUARIO, PERDIDAS TOTALES O PARCIALES DEL EQUIPO Y/O CONSUMIBLES. DAÑOS CAUSADOS POR DESASTRES NATURALES O FALLAS TÉCNICAS PRESENTES EN EL HOSPITAL NO ATRIBUIBLES AL PROVEEDOR (CORTES ELÉCTRICOS, MALA POLARIZACIÓN, FUGAS O INCENDIOS). ¿ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
40	12	APÉNDICE T2	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INCLUIR UNA CLÁUSULA DENTRO DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA EN LA QUE, PARA CASOS DE INTERCAMBIO DE CONSUMIBLES POR DEFECTO, SEA EXIGIBLE POR EL PROVEEDOR LA ENTREGA DEL CONSUMIBLE DEFECTUOSO A CAMBIAR O REEMPLAZAR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
41	13	APÉNDICE T2 PUNTO 6.2	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y PODER OFERTAR TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN EQUIPO CON ALMACENAMIENTO CON AL MENOS 20 CASOS	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
42	14	APÉNDICE T2 PUNTO 13.6	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y PODER OFERTAR TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN NO BREAK CON CAPACIDAD DE 1500VA ¿SE ACEPTA ?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
43	15	APÉNDICE T2 PUNTO 13.2	HASTA 6 EXTRA ESTÍMULOS, PROTOCOLO DE FIBRILACIÓN (S1- 30MS), PROTOCOLO AUTOMÁTICO ATP TIPO A/CD, CONTROL RÍTMICO AVANZADO MÚLTIPLE, Y SENSIBLE A CATÉTERES CON PUNTA PARA MEDICIÓN ECG. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR DE ACUERDO A LA TERMINOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
44	16	FORMATOS	ENTENDEMOS QUE LOS FORMATOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN, SERÁN PRESENTADOS AL MOMENTO DE SER ADJUDICADOS O EN EL DESEMPEÑO DEL SERVICIO. T3 REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS MÉDICOS T5 REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO T6 ENTREGA / RECEPCIÓN DE EQUIPOS T7 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO T8 REGISTRO DE ASISTENCIA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO T9 CONTROL SEMANAL DE DOTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS T10 CONTROL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE CONSUMO T13 REPORTE INDIVIDUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS T14 REPORTE DIARIO DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



9



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			UTILIZADOS EN HEMODINÁMICA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA T14.1 NOTIFICACIÓN DE PENA CONVENCIONAL APLICABLE T14.2 NOTIFICACIÓN DE DEDUCTIVAS T15 REPORTE DE INCIDENCIAS T16 RELACIÓN DE MARCAS, MODELO Y MANUAL DEL FABRICANTE DEL EQUIPO MÉDICO Y BIENES DE CONSUMO T18 DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO T20 DESIGNACIÓN DE TÉCNICOS EN SITIO Y SUPERVISOR DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA T26 CONTROL DE PRODUCTIVIDAD MENSUAL, BIENES BÁSICOS Y BIENES CONSUMO COMPLEMENTARIOS DE LA CTSI T32 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD POR LO TANTO, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO CONSIDERARLOS DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	

LICITANTE: SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
45	1	ANEXO NO. 3 (TRES) "MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA"	ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE NO APLICAR ESTE ANEXO NO. 3 (TRES) "MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA", PODRÁ NO FORMAR PARTE DE LA PROPUESTA Y NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ SEÑALAR QUE NO APLICA
46	2	6.1. PROPOSICIÓN TÉCNICA I.	PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SOLO SERÁ NECESARIO PRESENTAR EL ANEXO NO. 1 (UNO) "ANEXO TÉCNICO" EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN LA ÚLTIMA HOJA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE DEBE AJUSTAR A LO ESTABLECIDO EN LO REQUERIDO EN EL ANEXO TECNICO
47	3	6.1. PROPOSICIÓN TÉCNICA III	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE A QUE DOCUMENTOS SE REFIERE DONDE DICE "LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 2 (DOS) Y CONTENIDOS EN EL ANEXO NO. 2 (DOS) TÉRMINOS Y CONDICIONES"	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES EN EL INICIO DEL ACTA
48	4	6.1. PROPOSICIÓN TÉCNICA IV	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE A QUE DOCUMENTOS SE REFIERE DONDE DICE "LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 3 (TRES) Y CONTENIDOS EN EL ANEXO NO. 2 (DOS) TÉRMINOS Y CONDICIONES"	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES EN EL INICIO DEL ACTA
49	5	6.3. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA I	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN POSITIVA Y VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL IMSS CON VIGENCIA DE HASTA 15 DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA FECHA DE APERTURA ¿SE ACEPTA?	CON REFERENCIA AL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR DICTADO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2023, EN DONDE SEÑALA LO SIGUIENTE: LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SERÁ VÁLIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRA PÚBLICA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES. PARA TALES EFECTOS, EL CONTRIBUYENTE DEBERÁ ACREDITAR ANTE EL ENTE PÚBLICO CONTRATANTE QUE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL FUE OBTENIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
50	6	6.3. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA II	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EXPEDIDO POR EL SAT, CON VIGENCIA DE HASTA 15 DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA FECHA DE APERTURA ¿SE ACEPTA?	CON REFERENCIA AL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR DICTADO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2023, EN DONDE SEÑALA LO SIGUIENTE: LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SERÁ VÁLIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS





Gobierno de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
				CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRA PÚBLICA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES. PARA TALES EFECTOS, EL CONTRIBUYENTE DEBERÁ ACREDITAR ANTE EL ENTE PÚBLICO CONTRATANTE QUE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL FUE OBTENIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
51	7	6.3. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA III	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE NOS PERMITA PRESENTAR LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL SIN ADEUDOS ANTE EL INFONAVIT, CON VIGENCIA DE HASTA 15 DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA FECHA DE APERTURA ¿SE ACEPTA?	CON REFERENCIA AL ACUERDO ACDO AS2.HCT.250423/106.P.DIR DICTADO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2023, EN DONDE SEÑALA LO SIGUIENTE: LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SERÁ VÁLIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRA PÚBLICA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES. PARA TALES EFECTOS, EL CONTRIBUYENTE DEBERÁ ACREDITAR ANTE EL ENTE PÚBLICO CONTRATANTE QUE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL FUE OBTENIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
52	8	ANEXO 11 (ONCE) PROPOSICIÓN ECONÓMICA	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS BIENES COMPLEMENTARIOS A COTIZAR ÚNICAMENTE BASTARÁ CON INDICAR EL PRECIO UNITARIO DE ESTOS, Y ÚNICAMENTE SE DEBERÁ PRESENTAR COMO IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN EL IMPORTE QUE RESULTE EN LOS IMPORTES TOTALES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LOS PROCEDIMIENTOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
53	9	ANEXO NO. 1 (UNO) "ANEXO TÉCNICO" 4.3.1	ES CORRECTO ENTENDER QUE UNA VEZ PRESENTADO EN ESTE NUMERAL EL ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE COMPROMETE A ENTREGAR AL TITULAR DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA.....20% CORRESPONDIENTE AL 100%, JUNTO CON EL APENDICE T33, YA NO SERÁ NECESARIO VOLVER A REPETIR ESTO MISMO EN EL NUMERAL 6.1.1; 6.2.1 Y ANEXO 2 NUMERAL 4.2.2 YA QUE ES LO MISMO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE DEBE AJUSTAR A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL PRSENTE PROCEDIMIENTO
54	10	ANEXO NO. 1 (UNO) "ANEXO TÉCNICO" 4.3.2	ES CORRECTO ENTENDER QUE UNA VEZ PRESENTADO EN ESTE NUMERAL EL ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE COMPROMETE A ENTREGAR AL TITULAR DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA.....20% CORRESPONDIENTE AL 100%, JUNTO CON EL APENDICE T34, YA NO SERÁ NECESARIO VOLVER A REPETIR ESTO MISMO EN EL NUMERAL 6.1.2. PARRAFO 2; 6.2.2 Y ANEXO 2 NUMERAL 4.2.2 YA QUE ES LO MISMO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE DEBE AJUSTAR A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL PRSENTE PROCEDIMIENTO
55	11	4.2.8 CARTA FACTURA DE LOS EQUIPOS USADOS.	ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE NO APLICAR ESTE PUNTO 4.2.8 CARTA FACTURA DE LOS EQUIPOS USADOS, PODRÁ NO FORMAR PARTE DE LA PROPUESTA Y NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI LOS EQUIPOS SON NUEVOS NO APLICA ESTE SUPUESTO
56	12	APENDICES	ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE NO APLICAR EL APENDICE T30, PODRÁ NO FORMAR PARTE DE LA PROPUESTA Y NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ FORMAR PARTE DE LA PROPUESTA
57	13	APENDICES	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS SIGUIENTES APENDICES T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T14.1, T14.2, T15, T16, T18, T20, T21, T22, T26 Y T32; SON SOLO DE CONOCIMIENTO Y NO FORMARÁN PARTE LA PROPUESTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LOS APÉNDICES SON PARTE INTEGRAL DE LA CONVOCATORIA Y DEBERÁN PRESENTARSE AQUELLOS QUE ASÍ SE SOLICITEN DENTRO DE LA MISMA, ATENDIENDO EL ANEXO TÉCNICO, TÉRMINOS Y CONDICIONES ASÍ COMO BASES DEL PROCESO.
58	14	APENDICES	ES CORRECTO ENTENDER QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO, EL ARCHIVO DEL APENDICE T33 ES INCORRECTO Y DEBERÁ DE SER COMO EL ARCHIVO DEL	EL APÉNDICE SEÑALADO ES CORRECTO





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			APENDICE T34, DIRIGIDO AL APENDICE T 33 RELACION DEL 20% DEL EQUIPO Y BIENES DE CONSUMO PENDIENTE DE ENTREGA DE REGISTRO SANITARIO, EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
59	15	APENDICES	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA PRESENTAR EL T33 RELACION DEL 20% DEL EQUIPO Y BIENES DE CONSUMO PENDIENTE DE ENTREGA DE REGISTRO SANITARIO Y EL T34 RELACIÓN DEL 20% DE EQUIPO MÉDICO, Y BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS, EN FORMATO LIBRE, HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ ENTREGAR EL FORMATO SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA
60	16	3.2 CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS Y APENDICE T1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE CADA LICITANTE DEBERA OFERTAR LOS INSUMOS MÉDICOS QUE DETERMINE VIABLE PARA CADA UNO DE LOS 12 PROCEDIMIENTOS INDICADOS EN EL 3.2 "CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS" Y APENDICE 1 "REQUERIMIENTOS DEL SMI PARA HERI", O BIEN, POR UN ERROR INVOLUNTARIO, LA CONVOCANTE OMITIÓ ADJUNTAR EL ARCHIVO O RELACIÓN QUE CONTIENE LA DESCRIPCIÓN, MEDIDAS, TAMAÑOS, LONGITUDES ENTRE OTROS ELEMENTOS DE LOS BIENES DE CONSUMO BASICOS QUE CONFORMAN LOS PROCEDIMIENTOS ANTES SEÑALADOS	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES EN EL INICIO DE LA PRESENTE ACTA
61	17	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O CERTIFICADOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE SE INTEGRARA A LA PROPUESTA TECNICA PARA "BIENES COMPLEMENTARIOS", "PROCEDIMIENTOS DE HERI" Y "EQUIPOS", SIENDO LOS REGISTROS SANITARIOS, CATALOGO Y/O FOLLETERIA Y CERTIFICADOS O FDA O ISO, DEBIDAMENTE REFERENCIADOS CON EL NUMERO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL QUE NOS OCUPA, PERO CON MARCA DE AGUA DE OTRO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN, TODA VEZ QUE LA MARCA DE AGUA NO ES OBJETO DE EVALUACIÓN Y NO INCUMPLE O HACE DEFICIENTE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO POR LO QUE NO AFECTA LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, ESTO EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 29 FRACCION XV Y ARTICULO 36 CUARTO Y QUINTO PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
62	18	6.2 BIENES COMPLEMENTARIO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE, NOS PERMITA PRESENTAR ARCHIVOS ÚNICOS DE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS ESTO ES, POR EJEMPLO "TODOS LOS CATÁLOGOS", "TODOS LOS REGISTROS" Y "TODOS LOS CERTIFICADOS" ¿SE ACEPTA?	LOS ARCHIVOS DEBERÁN INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL INSTITUTO SIN IMPORTAR SI SON CARGADOS INDIVIDUALMENTE O DE FORMA CONSOLIDADA
63	19	6.2 BIENES COMPLEMENTARIO	BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.819 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA EN EL CASO DE LOS INSUMOS MEDICOS QUE NO REQUIRAN REGISTRO SANITARIO, PRESENTAR EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y SE ENCUENTRE VIGENTE
64	20	6.2 BIENES COMPLEMENTARIO	BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.859 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA EN EL CASO DE LOS INSUMOS MEDICOS QUE NO REQUIRAN REGISTRO SANITARIO, PRESENTAR EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO PUBLICADO EN	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y SE ENCUENTRE VIGENTE



9



Gobierno de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025,-----

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014. ¿SE ACEPTA?	
65	21	6.2 BIENES COMPLEMENTARIO	EN RELACIÓN A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE, CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA PRESENTACIÓN DEL EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN SERÁ SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL PUNTO 6.1.1 Y 6.1.2 DE LA CONVOCATORIA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y SE ENCUENTRE VIGENTE
66	22	6.2 BIENES COMPLEMENTARIO	BIEN COMPLEMENTARIO 900, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA DE 4 A 6 FR, LONGITUD DE 7.5 CM. COMPATIBLE CON GUIA .021" ¿ SE ACEPTA? ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN	NO SE ACEPTA
67	23	6.2 BIENES COMPLEMENTARIO	BIEN COMPLEMENTARIO 900, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA DE 4 A 8 FR, LONGITUD DE 11 CM. Ó 23 CM COMPATIBLE CON GUIA .038" ¿ SE ACEPTA? ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA SOLICITADO
68	24	6.2 BIENES COMPLEMENTARIO	BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.920 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA EN EL CASO DE LOS INSUMOS MEDICOS QUE NO REQUIRAN REGISTRO SANITARIO, PRESENTAR EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y SE ENCUENTRE VIGENTE
69	25	6.2 BIENES COMPLEMENTARIO	BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.941 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA EN EL CASO DE LOS INSUMOS MEDICOS QUE NO REQUIRAN REGISTRO SANITARIO, PRESENTAR EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y SE ENCUENTRE VIGENTE
70	26	6.2 BIENES COMPLEMENTARIO	NOS PERMITA OFERTA ESTE INSUMO E CON CATÁLOGO, YA QUE SOLO EXISTE UN SOLO PROVEEDOR EN MÉXICO DE ESTE INSUMO, Y ÚNICAMENTE APOYA A UN SOLO PROVEEDOR. LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿ SE ACEPTA?	AL NO SER CLARA LA SOLICITUD, NO SE ACEPTA
71	27	6.2 BIENES COMPLEMENTARIO	BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.1068 STENT LIBERADOR DE FÁRMACO BIOLIMUS A9, O STENT/ANDAMIO BIO ABSORBIBLE LIBERADOR DE FÁRMACO SIROLIMUS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE CONSTESTAR NUESTRA SOLICITUD ANTERIOR EN SENTIDO NEGATIVO NOS PERMITA OFERTAR " STENT POLÍMERO BIOABSORBIBLE LIBERADOR DE FÁRMACO EVEROLIMUS, ¿SE ACEPTA? ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN	NO SE ACEPTA
72	28	6.2 BIENES COMPLEMENTARIO	BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.1069, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO ÚNICAMENTE CON CATÁLOGO, TODA VES QUE SOLO ES DISTRIBUIDO POR EL PROVEEDOR "ENDOMEDICA, S.A. DE C.V." Y OTORGA SU APOYO A UN SOLO LICITANTE,	SE DEBE AJUSTAR A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL PRSENTE PROCESO





Gobierno de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			LIMITANDO EVIDENTEMENTE LA LIBRE COMPETENCIA ¿ SE ACEPTA?	
73	29	6.2 BIENES COMPLEMENTARIO	BIEN COMPLEMENTARIO 60.01.1085, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE INSUMO ÚNICAMENTE CON CATÁLOGO, ¿ SE ACEPTA?	SE DEBE AJUSTAR A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO
74	30	ANEXO T11	ES CORRECTO ENTENDER QUE CONFORME AL ANEXO T11, LOS SIGUIENTES EQUIPOS, EQUIPO DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO, EQUIPO DE GUIA DE PRESIÓN PARA CALCULO DE FLUJO DE RESERVA FRACCIONAL, EQUIPO PARA TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA (OCT) INTRAVASCULAR, ESTIMULADOR CARDIACO, FUENTE PARA MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL, SON LOS REQUERIDOS PARA LLEVAR LA PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO ADEMÁS SE PRESENTARA REGISTRO SANITARIO, CATALOGO Y CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA PROPUESTA TECNICA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
75	31	5.4 EQUIPO MEDICO ITINERANTE	ES CORRECTO ENTENDER LOS EQUIPOS ITINERANTE, POR TENER CARACTERISTICAS ESPECIALES EN SU REQUERIMIENTO Y TIPO DE PACIENTE AL CUAL ESTÁ DIRIGIDO (ALTO COSTO Y POCA DEMANDA) Y SE ENCUENTRAN ASOCIADO A BIEN(ES) DE CONSUMO, ENTENDIENDOSE QUE PARA LOS SIGUIENTES EQUIPOS EQUIPO PARA MAPEO TRIDIMENSIONAL, ULTRASONIDO INTRACORONARIO, OCT INTRAVASCULAR, EQUIPO DE GUÍA DE PRESIÓN, BOMBA DE IRRIGACION PARA ELECTROFISIOLOGIA, CONSOLA DE CRIOABLACION, CONSOLA DE ROTOABLACION, EQUIPO DE TERMOABLACION DE VENA SAFENA (LASER O RADIOFRECUENCIA, BOMBA DE ASPIRACION PARA TROMBECTOMIA PERIFERICA O CEREBRAL (ICTUS), EQUIPO PARA ABLACION DE TUMOR POR MICROONDAS (RADIOFRECUENCIA O MICROONDAS). NO SERA NECESARIO PRESENTAR DOCUMENTACION DE REGISTRO SANITARIO, CATALOGO Y CERTIFICADO DE CALIDAD, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
76	32	CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO	ES CORRECTO ENTENDER PARA ACREDITAR EN ESTE PUNTO SE DEBERAN ENTREGAR MINIMO 3 FACTURAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS PARA ATENDER EL SERVICIO, TODA VEZ QUE AL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO MI REPRESENTADA PROCEDERA A COMPRAR LOS EQUIPOS Y ES CUANTO SE TENDRA LA FACTURAS DE LOS MISMOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
77	33	BIEN COMPLEMENTARIO 60 01 808	BIEN COMPLEMENTARIO 60 01 808 ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTE BIEN NO SERA NECESARIO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DE REGISTRO SANITARIO, CATALOGO Y CERTIFICADO DE CALIDAD ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
78	34	BIEN COMPLEMENTARIO 60 01 808	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA ENTREGAR ÚNICAMENTE CATALOGO DEL BIEN COMPLEMENTARIO 60 01 808 ¿ SE ACEPTA?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
79	35	BIEN COMPLEMENTARIO 60 01 845	BIEN COMPLEMENTARIO 60 01 845 ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTE BIEN NO SERA NECESARIO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DE REGISTRO SANITARIO, CATALOGO Y CERTIFICADO DE CALIDAD ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
80	36	BIEN COMPLEMENTARIO 60 01 845	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CATALOGO DEL BIEN COMPLEMENTARIO 60 01 845 ¿ SE ACEPTA?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
81	37	BIEN COMPLEMENTARIO 60 01 920	BIEN COMPLEMENTARIO 60 01 920 ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTE BIEN NO SERA NECESARIO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DE REGISTRO SANITARIO, CATALOGO Y CERTIFICADO DE CALIDAD ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SI ES NECESARIO PRESENTAR REGISTRO
82	38	BIEN COMPLEMENTARIO 60 01 920	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CATALOGO DEL BIEN COMPLEMENTARIO 60 01 920 ¿ SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
83	39	BIEN COMPLEMENTARIO 60 01 970	BIEN COMPLEMENTARIO 60 01 970 ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTE BIEN NO SERA NECESARIO PRESENTAR	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SI ES NECESARIO PRESENTAR REGISTRO



9



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			DOCUMENTACIÓN DE REGISTRO SANITARIO, CATALOGO Y CERTIFICADO DE CALIDAD ¿ SE ACEPTA?	
84	40	BIEN COMPLEMENTARIO 60 01 970	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CATALOGO DEL BIEN COMPLEMENTARIO 60 01 970 ¿ SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
85	41	BIEN COMPLEMENTARIO 60 01 1085	BIEN COMPLEMENTARIO 60 01 1085 ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTE BIEN NO SERA NECESARIO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DE REGISTRO SANITARIO, CATALOGO Y CERTIFICADO DE CALIDAD ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SI ES NECESARIO PRESENTAR REGISTRO
86	42	BIEN COMPLEMENTARIO 60 01 1085	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CATALOGO DEL BIEN COMPLEMENTARIO 60 01 1085 ¿ SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
87	43	4. 2. 16 MIPYMES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE NOS PERMITA PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CONFORME A LA ESTRATIFICACION DE MI REPRESENTA Y ADEMAS DE SER DISTRIBUIDOR Y NO CONTAR CON BIENES DE INNOVACION TECNOLOGIA, SOLO SERA SUFICIENTE PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTE REQUISITO NO APLICA, LO ANTERIOR PARA NO PERJUDICAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTE REQUISITO NO APLICA, MENCIONANDO LA ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA

LICITANTE: TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV

No. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	No. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
88	1	4.2.17 EXPERIENCIA DEL LICITANTE.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR EL MAXIMO DE AÑOS DE EXPERIENCIA QUE SE CONSIDERARAN PARA OBTENER EL MAXIMO DE PUNTOS.	Apegarse a la Tabla No. 1 (PONDERACIÓN DE RUBROS Y SUBRUBROS DE PROPUESTA TÉCNICA A EVALUAR), contenida en el ANEXO NO. 2 (DOS) TERMINOS Y CONDICIONES
89	2	4.2.18 ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL MAXIMO DE CONTRATOS SERÁ DE 5. FAVOR DE CONFIRMAR.	Apegarse a la Tabla No. 1 (PONDERACIÓN DE RUBROS Y SUBRUBROS DE PROPUESTA TÉCNICA A EVALUAR), contenida en el ANEXO NO. 2 (DOS) TERMINOS Y CONDICIONES
90	3	TABLA 8.1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SON REQUERIDOS 2 TECNICOS EN SITIO Y UN SUPERVISOR. FAVOR DE CONFIRMAR.	AL MENOS UN SUPERVISOR POR PARTIDA, TÉCNICOS: 1 TURNO MATUTINO 1 TURNO VESPERTINO
91	4	8.3 SUPERVISION DE OPERACIÓN	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI EL SUPERVISOR DE OPERACIÓN SERÁ EVALUADO. FAVOR DE CONFIRMAR	SE CONFIRMA QUE SI SERA EVALUADO

A continuación y una vez que se revisaron las preguntas y se dio respuesta a las mismas, estas se envían mediante la Plataforma Integral CompraNet a los licitantes registrados para este acto, a fin de que procedan a conocer las mismas, con fundamento a lo previsto en el artículo 46 Fracción II del reglamento de la Ley, **MANIFESTANDO A LOS LICITANTES QUE TIENE HASTA A LAS 18:30 HRS DEL 11 DE FEBRERO DE 2025 PARA QUE PUEDAN FORMULAR PREGUNTAS EXPRESAMENTE EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES GENERALES EMITIDAS POR EL INSTITUTO, A TRAVÉS DE ESTE MEDIO.**

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Siendo las **21:15 hrs., del 11 de febrero de 2025**, se reanuda la Junta de Aclaraciones del Procedimiento al rubro citado; no obstante, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 46 Fracción I, del Reglamento de la Ley, se informa a los licitantes que se suspende la sesión para reanudarse el próximo **miércoles 12 de febrero de 2025, a las 12:00 hrs;** lo anterior debido a las solicitudes de aclaración recibidas, a efecto de no limitar la libre participación.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

Marcada las 12:00 horas, del 12 de febrero de 2025, se reanuda la Junta de Aclaraciones del Procedimiento al rubro citado, dejándose asentado que una vez cumplido el plazo establecido para la recepción de preguntas en relación con las respuestas emitidas, fue consultada la Plataforma Integral CompraNet, donde se pudo constatar que los licitantes manifestaron tener otros cuestionamientos, los cuales se indican a continuación:

LICITANTE: DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV

NO. CONSECUTIVO	NO. DE PREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
1	1	PRECISIÓN APENDICE T4 BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI, PARA EL BCB109 DEL PROCEDIMIENTO 60.01.001	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 A 25 CM CALIBRE DE 0.025" A 0.038". DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11FR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
2	2	PRECISIÓN APENDICE T4 BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI, PARA BCB47 DE LOS PROCEDIMIENTOS 60.01.004 Y 60.01.007	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.1 MM HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD MINIMA DE 5-10 MM Y MAXIMA DE 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO." ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
3	3	PRECISIÓN APENDICE T4 BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI, PARA BCB86 DEL PROCEDIMIENTO 60.01.007	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014 DE DIÁMETRO Y OPCIONALMENTE DE 182CM A 300CM DE LONGITUD, YA QUE HACE REFERENCIA A UNA GUIA PERIFERICA QUE NO CORRESPONDE CON EL PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA DIRECTA POR TÉCNICA RADIAL ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
4	4	PRECISIÓN APENDICE T4 BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI, PARA BCB121 DEL PROCEDIMIENTO 60.01.008	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 A 25 CM CALIBRE DE 0.025" A 0.038". DENTRO DEL RANGO DE 5 A 8FR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
5	5	PRECISIÓN APENDICE T4 BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI, PARA BCB113 DEL PROCEDIMIENTO 60.01.028	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 A 25 CM CALIBRE DE 0.025" A 0.038". DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11FR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
6	6	PRECISIÓN APENDICE T4 BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI, PARA BCB115 DEL PROCEDIMIENTO 60.01.003	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 10 A 25 CM CALIBRE DE 4 A 7 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.025" A 0.038" CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO, TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO."	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
7	7	NO. CONSECUTIVO PREGUNTA 9 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS, YA QUE EXISTEN EQUIPOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIOS QUE SE ACREDITAN CON UN SOLO REGISTRO SANITARIO, POR LO QUE AL PRESENTARLOS INDIVIDUALMENTE SE DUPLICARIA LA INFORMACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA



Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin, including a large 'A' in a circle and a signature 'g'.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO	NO. DE PREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
8	8	NO. CONSECUTIVO PREGUNTA 9 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO SA DE CV.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR FAMILIA DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS, YA QUE EXISTEN EQUIPOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIOS QUE SE ACREDITAN CON UN SOLO CERTIFICADO DE CALIDAD, POR LO QUE AL PRESENTARLOS INDIVIDUALMENTE SE DUPLICARÍA LA INFORMACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
9	9	NO. CONSECUTIVO PREGUNTA 9 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO SA DE CV.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA PRESENTAR LOS CATÁLOGOS POR FAMILIA DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS, YA QUE EXISTEN EQUIPOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIOS QUE SE ACREDITAN CON UN SOLO CATÁLOGOS, POR LO QUE AL PRESENTARLOS INDIVIDUALMENTE SE DUPLICARÍA LA INFORMACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
10	10	NO. CONSECUTIVO PREGUNTA 25 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO SA DE CV.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA YA QUE LO REQUERIDO EN EL BCC 60.01.1085 ES UNA TECNOLOGÍA ESPECÍFICA DE UNA MARCA Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN POR LO QUE SUGERIMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE MONITOREO DE GASTO CARDÍACO MÍNIMO INVASIVO CON EL CONSUMIBLE ASOCIADO, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
11	11	NO. CONSECUTIVO PREGUNTA 31 DEL LICITANTE SINCRONIA MEDICA APLICADA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LAS FACTURAS SOLAMENTE SON REQUERIDAS PARA LOS EQUIPOS FIJOS.	<p>REMITIRSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.2.7, ANEXO NO. 2 (DOS), TERMINOS Y CONDICIONES, QUE LA LETRA DICE:</p> <p>*4.2.7. FECHA DE FABRICACIÓN DE SUS EQUIPOS. EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR EQUIPO DE RECIENTE FABRICACIÓN (NUEVO) O EN SU CASO PODRÁ OFERTAR EQUIPO USADO, CUYA FABRICACIÓN NO DEBERÁ EXCEDER LOS 5 AÑOS AL MOMENTO DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS EN EL PRESENTE PROCESO LICITATORIO. ESTE EQUIPO DEBERÁ ESTAR EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE USO Y FUNCIONAMIENTO Y DEBERÁ ADJUNTAR LA PÓLIZA Y/O BITÁCORA DE MANTENIMIENTO ACTUALIZADA.</p> <p>EN CASO DE PRESENTAR EQUIPOS NUEVOS, EL LICITANTE PRESENTARÁ ESCRITO EN FORMATO LIBRE, EN HOJA MEMBRETADA Y DEBIDAMENTE FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL QUE MANIFIESTE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS SON NUEVOS Y ENTREGANDO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADO LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.2.6 AVISO DE IMPORTACIÓN Y/O EN SU CASO COPIA DE LA FACTURA, CORRESPONDIENTE, EN LA QUE VENGA ESPECIFICADA LA FECHA DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPO. *</p>

LICITANTE: SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV

NO. CONSECUTIVO	NO. DE PREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
12	1	NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA 31, CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA, EN PODER PRESENTAR EL ESCRITO DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN PUNTO 4.2.7 QUE A LA LETRA DICE: EN CASO DE PRESENTAR EQUIPOS NUEVOS, EL LICITANTE PRESENTARÁ ESCRITO EN FORMATO LIBRE, EN HOJA MEMBRETADA Y DEBIDAMENTE FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL QUE MANIFIESTE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS SON NUEVOS Y ENTREGANDO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADO LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.2.6 AVISO DE IMPORTACIÓN Y/O EN SU CASO COPIA DE LA FACTURA, CORRESPONDIENTE, EN LA QUE VENGA ESPECIFICADA LA FECHA DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	QUEDA CONTESTADA CON LA RESPUESTA INMEDIATA ANTERIOR
13	2	NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA 49, 50 Y 51, 6.3 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA.	REFERENTE A LA CONTESTACIÓN A ESTAS TRES PREGUNTAS HECHAS POR LA EMPRESA SUMINISTROS MÉDICOS DE MÉXICO, ENTENDEMOS QUE PODEMOS PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS, SAT E INFONAVIT; CON VIGENCIA DE HASTA 15 DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA FECHA DE APERTURA; Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO AL MOMENTO DE LA FIRMA DE CONTRATO SE TENDRÁN QUE VOLVER A PRESENTAR VIGENTES NUEVAMENTE. ¿ES CORRECTA	<p>REMITIRSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 8.2 DE LA CONVOCATORIA, QUE INDICA:</p> <p>8.2 ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO	NO. DE REPREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
			NUESTRA APRECIACIÓN?	(...) 8.1. DE CONFORMIDAD CON DICHA DISPOSICIÓN, POR CADA CONTRATO, <u>EL LICITANTE QUE RESULTE CON ADJUDICACIÓN DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO</u> , EL DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL S.A.T., EN EL QUE EMITA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA REGLA 2.1.28 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, Y SUS ACTUALIZACIONES, EMITIDA POR EL S.A.T. (...)
14	3	PREGUNTA 7 DEL LICITANTE SINCRONIA MÉDICA APLICADA S.A DE C.V, PÁG.6.	ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 60.01.1068. SOLICITAN STENT LIBERADOR DE FÁRMACO BIOLIMUS A9, O STENT/ANDAMIO BIO ABSORBIBLE LIBERADOR DE FÁRMACO SIROLIMUS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y PERMITA OFERTAR STENT/ANDAMIO BIO ABSORBIBLE LIBERADOR DE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES FÁRMACOS: SIROLIMUS, EVEROLIMUS O ZOTAROLIMUS, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y RECIBIR MÁS PROPUESTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
15	4	APENDICE T1.A. BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI. INSUMO BC82 PROCEDIMIENTOS 60.01.001, 60.01.003, 60.01.007, 60.01.008, 60.01.011, 60.01.021, 60.01.028.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS CON LONGITUD DE 4 A 7 CM, CALIBRE 18 A 21 G, ESPESOR FINO, PARA GUÍA DE 0.021 A 0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
16	5	APENDICE T1.A. BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI. INSUMO BC81 PROCEDIMIENTOS 60.01.029, 60.01.042	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS CON LONGITUD DE 4 A 7 CM, CALIBRE 18 A 21 G, ESPESOR FINO, PARA GUÍA DE 0.021 A 0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
17	6	APENDICE T1.A. BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LOS BIENES DE CONSUMO BASICOS QUE SERÁN EMPLEADOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS 60.01.876 ELECTRODO DE MARCAPASO CON GLOBO DISTAL Y 60.01.877 ELECTRODO PARA MARCAPASO TEMPORAL BIPOLAR. FAVOR DE MANIFESTARSE.	NO SE REQUIEREN BIENES DE CONSUMO BÁSICO, MÁS QUE EL MARCAPASO CON GLOBO DISTAL Y MARCAPASO TEMPORAL BIPOLAR
18	7	PREGUNTA 6 DEL LICITANTE SINCRONIA MÉDICA APLICADA S.A DE C.V	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y PERMITA IDENTIFICAR EN LA PORTADA DE FOLLETOS, CATÁLOGOS Y HOJAS DE MANUAL, SOLO LA CLAVE CLVSI PARA CADA BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO ENLISTADO EN EL ANEXO T4, EN EL ENTENDIDO QUE CITAR LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN DE COMPLEMENTARIO IMPLICA OCUPAR EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS MUCHO ESPACIO QUE INCLUSO PUEDE TAPAR INFORMACIÓN ESENCIAL PARA REFERENCIAR LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. FAVOR DE MANIFESTARSE.	NO SE ACEPTA
19	8	PREGUNTA 6 DEL LICITANTE SINCRONIA MÉDICA APLICADA S.A DE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA IDENTIFICAR EN LA PORTADA DE FOLLETOS, CATÁLOGOS Y HOJAS DE MANUAL, SOLO LA CLAVE PARA CADA PROCEDIMIENTO Y LA CLAVE DE CADA BIEN DE CONSUMO BASICO ENLISTADO EN EL ANEXO T1.A, EN EL ENTENDIDO QUE CITAR LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN BASICO Y	NO SE ACEPTA





Gobierno de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO	NO. DE PREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
		C.V	PROCEDIMIENTO IMPLICA OCUPAR EN LA MAYORIA DE LOS CASOS MUCHO ESPACIO QUE INCLUSO PUEDE TAPAR INFORMACIÓN ESENCIAL PARA REFERENCIAR LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS. FAVOR DE MANIFESTARSE.	
20	9	APENDICE T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI. PROCEDIMIENTO 60.01.042	ES CORRECTO ENTENDER SE DEBERÁ INCLUIR PARA EL PROCEDIMIENTO 60.01.042 PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE PCA CON OCLUSOR NIÑOS, EL BIEN DE CONSUMO BASICO OCLUSOR PARA CIERRE DE CONDUCTO ARTERIOSO CON DOBLE DISCO Y DIFERENTES LONGITUDES A ELECCIÓN DEL MEDICO TRANTE. INCLUYE SISTEMA DE LIBERACIÓN. FAVOR DE MANIFESTARSE.	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
21	10	PREGUNTA 21 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO S.A DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI EL COLCHÓN TÉRMICO SOLICITADO ES PASIVO O ACTIVO, TOMANDO EN CUENTA QUE ACTIVO LLEVA CONECTIVIDAD ELÉCTRICA Y PASIVO SIN CONEXIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍA TRANSWARMER DE GEL. FAVOR DE MANIFESTARSE.	LA CLAVE '0.01.859, BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, DEBERÁ DE SER COLCHÓN TÉRMICO ACTIVO
22	11	PREGUNTA 21 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO S.A DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI EL COLCHÓN TÉRMICO SOLICITADO ES REUSABLE O DESECHABLE. FAVOR DE MANIFESTARSE.	SERÁ DESECHABLE
23	12	PREGUNTA 21 DEL LICITANTE DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO S.A DE C.V.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI EL COLCHÓN TÉRMICO SOLICITADO ES PARA UN EQUIPO EN PARTICULAR Y SI ES POSIBLE INFORME QUE MARCA Y MODELO RECIBIRÁ EL COLCHÓN. FAVOR DE MANIFESTARSE.	SOLO SERÁ COLCHÓN TÉRMICO ACTIVO
24	13	A LA RESPUESTA REALIZADA A LA PREGUNTA 26	SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE SE NOS PERMITA OFERTAR ESTE EQUIPO QUE INTEGRA TANTO EL ESTIMULADOR CARDIACO COMO EL POLÍGRAFO PARA ELECTROFISIOLOGÍA. CREEMOS FIRMEMENTE QUE ESTA OPCIÓN CUMPLE CON LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL DE MANERA EFECTIVA Y OFRECE UNA SOLUCIÓN ECONÓMICA SIN COMPROMETER LA CALIDAD NI LA CAPACIDAD DE REALIZAR ESTUDIOS DE ELECTROFISIOLOGÍA Y ESTIMULACIÓN CARDÍACA.	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
25	14	A LA RESPUESTA REALIZADA A LA PREGUNTA 36	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER ACLARAR QUE PARA CUMPLIR CON LA PROPUESTA TECNICA SE DEBERAN OFERTAR LOS SIGUIENTES EQUIPOS: EQUIPO DE ULTRASONIDO INTRACORONARIA, EQUIPO DE GUIA DE PRESION PARA CALCULO DE FLUJO DE RESERVA FRACCIONAL, EQUIPO PARA TOMAGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA (OCT), ESTIMULADOR CARDIACO, FUENTE DE MARCAPASOS TEMPORAL ESTO DE ACUERDO AL ANEXO 11 EN LA PRESENTE CONVOCATORIA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
26	15	A LA RESPUESTA REALIZADA A LA PREGUNTA 42	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EL SOPORTE DE LA BATERIA PUEDA SER INTERCONSTRUIDO O EXTERNO.	NO SE ACEPTA.
27	16	A LA RESPUESTA REALIZADA A LA PREGUNTA 41	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN EQUIPO CON MEMORIA DE 2GB DE RAM Y CAPACIDAD DE DISCO DURO DE : 250 GB, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA.

LICITANTE: SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV

NO. CONSECUTIVO	NO. DE PREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
28	1	PREGUNTA 2 EMITIDA POR SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	DERIVADO DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS SE RECONSIDERE LA RESPUESTA EN VIRTUD DE QUE NO ES CLARO QUE, SI PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SOLO SERÁ NECESARIO PRESENTAR EL ANEXO NO. 1 (UNO) "ANEXO TÉCNICO" EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN LA ÚLTIMA HOJA. ¿ES CORRECTO?, Y ESO NO VIENE ESPECIFICADO EN EL ANEXO TECNICO COMO LO MENCIONAN EN LA RESPUESTA	DEBERÁ SUMPLIR CON TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS EN EL ANEXO NO. 1 (UNO) "ANEXO TÉCNICO"
29	2	PREGUNTA 13 EMITIDA POR SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	DERIVADO DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS SE RECONSIDERE LA RESPUESTA EN VIRTUD DE QUE LA RESPUESTA NO ES CLARA Y LA PREGUNTA ES SIMILAR A LA PREGUNTA 16 EMITIDA POR SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV, ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS SIGUIENTES APENDICES T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T14.1, T14.2, T15, T16, T18, T20, T21, T22, T26 Y T32; SON SOLO DE CONOCIMIENTO Y NO FORMARAN PARTE LA PROPUESTA POR LO QUE SOLICITO SE ACLARE A DETALLE SU RESPUESTA	LOS APÉNDICES SON PARTE INTEGRAL DE LA CONVOCATORIA Y DEBERÁN PRESENTARSE AQUELLOS QUE ASÍ SE SOLICITEN DENTRO DE LA MISMA, ATENDIENDO EL ANEXO TÉCNICO, TÉRMINOS Y CONDICIONES ASÍ COMO BASES DEL PROCESO.
30	3	NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA: 61 NO. DE PREGUNTA LICITANTE: 17	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE RECONSIDERE LA RESPUESTA NEGATIVA BRINDADA, YA QUE COMO SE EXPUSO EN LA FORMULACION DE SOLICITUD DE ACLARACION, LOS REGISTROS SANITARIOS, CATALOGOS Y/O FOLLETERIA O FDA O ISO,	NO SE ACEPTA

FO-CON-08

17 / 27



2025
Año de
La Mujer
Indígena

(A)
9
C
9



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025,-----

NO. CONSECUTIVO	NO. DE REPREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
		NUMERAL DE LA CONVOCATORIA: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O CERTIFICADOS.	DEBIDAMENTE REFERENCIADOS CON EL NUMERO DE LICITACION PUBLICA RELATIVA AL PROCEDIMIENTO QUE NOS OCUPA, PERO CON MARCA DE AGUA DE OTRO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE LICITACION, YA QUE SE REITERA QUE LA MARCA DE AGUA NO ES OBJETO DE EVALUACIÓN Y NO INCUMPLE O HACE DEFICIENTE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO, POR LO QUE NO AFECTA LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 29 FRACCION VX Y ARTICULO 36 CUARTO Y QUINTO PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA, EN RAZON DE QUE LOS ASPECTOS TECNICOS VERTIDOS EN LA CONVOCATORIA, RESULTAN CONFUSOS PARA LOS LICITANTES.	
31	4	NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA: 61 NO. DE PREGUNTA LICITANTE: 17 NUMERAL DE LA CONVOCATORIA: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O CERTIFICADOS.	EN CASO DE SER NEGATIVA NUESTRA PREGUNTA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EXPONGA LAS RAZONES POR LAS CUALES NO ACEPTA LOS DOCUMENTOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS CON EL NUMERO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL QUE NOS OCUPA, PERO CON MARCA DE AGUA DE OTRO PROCEDIMIENTO, ES DECIR, LA CONVOCANTE DEBERA FUNDAR Y MOTIVAR LAS RAZONES QUE SUSTENTAN LA NEGATIVIDAD AL PLANTEAMIENTO EMITIDO, CONSIDERANDO QUE EL ARTICULO 46, FRACCION IV, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ESTABLECEN LA OBLIGATORIEDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN DAR CONTESTACIÓN EN FORMA CLARA Y PRECISA, TANTO A LAS SOLICITUDES DE ACLARACION COMO A LAS PREGUNTAS QUE LOS LICITANTES FORMULEN RESPECTO A LAS RESPUESTAS DADAS POR LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACION. CABE SEÑALAR QUR EL ARTICULO 46, FRACCION V, DEL REGLAMENTO EN LA MATERIA, ESTABLECE QUE ES RESPONSABILIDAD DEL AREA REQUIRENTE Y DEL TITULAR DEL AREA TECNICA, QUE ASISTA UN REPRESENTANTE DE LAS MISMAS, CON LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS Y SUFICIENTES EN LA MATERIA, QUE PERMITAN DAR RESPUESTA CLARA Y PRECISA A LOS PLANTEAMIENTOS DE LOS LICITANTES DURANTE LAS ETAPAS QUE INTEGRAN LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, POR LO QUE SE REITERA A LA CONVOCANTE NUEVAMENTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y EN SU CASO, FUNDAR Y MOTIVAR LA RESPUESTA NEGATIVA.	NO SE ACEPTA, YA QUE AL PRETENDER SEÑALAR DOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DIVERSOS EN UNO O VARIOS DOCUMENTOS, NO SE TIENE LA CERTEZA JÚDICA AL MOMENTO DE REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES. SITUACIÓN QUE NO LOMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LYE Y 46 DE REGLAMENTO
32	5	CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO	EN RAZON A LA PREGUNTA NUMERO 2 Y RESPUESTA DEL LICITANTE SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE O INDIQUE QUE DOCUMENTO SERIA LA COMPROBACIÓN EMITIDA POR EL FABRICANTE, QUE NO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN DETERMINADO TIEMPO, POR CONSIGUIENTE MI REPRESENTADA PODRA PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NOS COMPROMETEMOS REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONFORME AL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SE REALICEN CONFORME AL MANUAL DEL FABRICANTE
33	6	ANEXOT11 Y T2	EN RAZON A LA PREGUNTA NUMERO 30 DE MI REPRESENTADA Y RESPUESTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CONFORME AL T2 CATALOGO EQUIPO MEDICO Y ANEXO T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO, NOS INDIQUE QUE EQUIPOS QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, CATALOGO Y CERTIFICADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	REMITIRSE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.3.1, DEL ANEXO 1 (JUNO), ANEXO TÉCNICO, QUE DICE: "EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE AL MENOS EL 80% DE LA TOTALIDAD DEL EQUIPO, Y BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS OFERTADOS POR PARTIDA, EN ANVERSO Y REVERSO, VIGENTES Y SU ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN (REFRENDO O PRÓRROGA SEGÚN CORRESPONDA) EXPEDIDOS POR LA COFEPRIS, CONSIDERANDO LO SEÑALADO EN EL ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES, EN CONGRUENCIA CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y EL ARTÍCULO 82 DEL REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD."
34	7	ANEXOT11 Y T2	EN RAZON A LA PREGUNTA NUMERO 30 DE MI REPRESENTADA Y RESPUESTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CONFORME AL T2 CATALOGO EQUIPO MEDICO Y ANEXO T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO, NOS INDIQUE QUE EQUIPOS QUE SE REQUIEREN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL APÉNDICE T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HERI
35	8	ANEXOT11 Y T2	EN RAZON A LA PREGUNTA NUMERO 30 DE MI REPRESENTADA Y RESPUESTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL APÉNDICE T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HERI



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO	NO. DE PREGUNTA	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
			CONFORME AL T2 CATALOGO EQUIPO MEDICO Y ANEXO T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO, NOS INDIQUE QUE EQUIPOS QUE SE REQUIEREN PARA LOS BIENES COMPLEMENTARIOS.	
36	9	APENDICE T1.A BIENES DE CONSUMO BASICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HRI	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON ESTA PRECISION SI DE FAVOR PUEDEN COMPARTIR EN EXCEL DE FAVOR, GRACIAS	EL ARCHIVO SOLICITADO SE ENCUENTRA INSERTO EN LA CONVOCATORIA COMO APÉNDICE T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HRI

Por tratarse de un procedimiento electrónico, para efectos de la notificación y en términos del último párrafo del artículo 37 Bis de la Ley y 49 segundo párrafo de su Reglamento, se enviará un aviso mediante correo electrónico a través de la Plataforma Integral CompraNet, en el cual se indicará que dicha acta se encuentra a su disposición en el citado sistema en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/>

También a partir de esta fecha se pone a disposición de los interesados, copia de esta acta en el tablero de avisos anexo a La Sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Calle Arboledas No. 115 lotes 54 y 55, Zona Industrial La Paz, C.P. 42080 Pachuca de Soto, Hgo; por un término no menor de cinco días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los interesados, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en el Portal de Transparencia del IMSS en la dirección electrónica: www.imss.gob.mx.

Finalmente, se informa que el **Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones** se llevará a cabo el **día 19 de febrero de 2025 a las 09:00 horas**, en la sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Calle Arboledas No. 115 lotes 54 y 55, Zona Industrial La Paz C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente a través del Sistema Integral CompraNet, de conformidad con el artículo 47, párrafo quinto, del reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta última junta, siendo las **14:00 horas**, del día **12 de febrero de 2025**.

Esta Acta consta de **27 (veintisiete) hojas**, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÁREA O DEPARTAMENTO	REPRESENTANTE Y CARGO	FIRMA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	MTRA. KARLA GUADALUPE LÓPEZ CAMPOS JEFA	
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	LIC. CHRISTIAN MICHEL ROSAS CRUZ JEFE	





Gobierno de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025,-----

ÁREA O DEPARTAMENTO	REPRESENTANTE Y CARGO	FIRMA
COORDINADOR AUXILIAR DE SEGUNDO NIVEL	DRA. ALMA ITALIA GUERRERO MARTINEZ	
SUPERVISOR DE PROYECTOS E2	L.E.M. JULIO ALBERTO BRAVO FIGUEROA	
COORDINADOR DE AUXILIARES DIAGNOSTICOS Y DE TRATAMIENTO	DRA. LESLY AURORA YAÑEZ FUNES	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
LIC. JOSEPE GIOVANNI HERNANDEZ AMAYA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	

POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS

NOMBRE	FIRMA
NO SE PRESENTARON	





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

3.2. FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCION DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

EVENTOS	FECHA	HORA	LUGAR
Junta de Aclaraciones a la Convocatoria	11 de febrero de 2025	09:00	El acto se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 26 bis, fracción segunda, a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales. CompraNet, al tratarse una licitación 100% electrónica. Los funcionarios públicos podrán acudir a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en Calle Arboledas No. 115 lote 54 y 55, Zona Industrial La Paz, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hgo.
Visita a las instalaciones Institucionales	CONFORME AL ANEXO 2 (DOS) ANEXO TERMINOS Y CONDICIONES NUMERAL 4.2.10		
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	19 de febrero de 2025	09:00	El acto se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 26 bis, fracción segunda, a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales. CompraNet, al tratarse una licitación 100% electrónica. Los funcionarios públicos podrán acudir a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en Calle Arboledas No. 115 lote 54 y 55, Zona Industrial La Paz, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hgo.
Fallo	25 de febrero de 2025	13:00	
Firma del contrato	DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DEL FALLO, A TRAVÉS DE COMPRANET, EN EL MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS, O EN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE FORMALIZARAN DE MANERA FISICA EN LA OFICINA DE CONTRATOS DE ESTA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.		
Reducción de Plazo	SI		
Medio de Licitación	Electrónica (Artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP) no se reciben proposiciones a través de servicio postal o mensajería.		
Carácter de la Licitación	Internacional Bajo la Cobertura de Tratados (Artículo 28, fracción II, de la LAASSP)		



Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page, including a large vertical line and several circular and linear scribbles.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

APENDICE T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI

CONFORMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CON BIENES DE CONSUMO BÁSICO		
PROCEDIMIENTOS DE PARTIDAS GENERALES		
60.01.001	Procedimiento de cateterismo diagnóstico adulto femoral.	Cantidad
No.	Descripción	
bcb2	Aguja para punción de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guía de 0.032" a 0.038".	1
bcb109	Introduccion de catéter arterial o venoso. Por técnica percutánea, longitud opcional de 10 ó 11 o 16 ó 25 cm calibre. Dentro del rango de 4 a 14Fr.	1
bcb71	Cuerda guía con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta 0.035" a 0.038" longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable	1
bcb61	Catéteres para arteria coronaria derecha con técnica percutánea, cal 5 ó 6 fr., longitud 100 a 110 cm. tipo: femoral derecha asa de 3.5, 4 y 5, amplatz 1 y 2. multipropósitos, mamarios.	1
bcb62	Catéteres para arteria coronaria izquierda con técnica percutánea, cal 5 ó 6 fr., longitud 100 o 110 cm. tipo: femoral izquierda asa de 3.5, 4 y 5, amplatz 1 y 2. multipropósitos, mamarios.	1
60.01.003	Procedimiento de cateterismo cardiaco diagnóstico por técnica radial (adulto o pediátrico).	Cantidad
No.	Descripción	
bcb2	Aguja para punción de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guía de 0.032" a 0.038".	1
bcb115	Introduccion de catéter arterial por técnica radial con recubrimiento hidrofílico, longitud opcional de 10 ó 16 ó 25 cm calibre. 4, 5 y 7 Fr. Con guía vascular 0.021 a 0.032" con recubrimiento opcional hidrofílico,teflonado o semihidrofílico.	1
bcb73	Cuerda guía con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta 0.035" a 0.038" longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable o Guía hidrofílica de 0.035 o 0.038 longitud de 150 o 260 punta angulada o recta de acuerdo a las necesidades del medico.	1
bcb63	Catéteres para cateterización de arteria coronaria para técnica radial ASA de 3, 3.5, 4 y 5, cal 5 ó 6 fr., longitud. 100 a 110 cm. Tipo: JUDKINS, AMPLATZ 1 y 2. Multipropósitos y curvas preformadas especiales para radial catéter bilateral tipo TIG ó ULTIMATE ó TRAPEASE.	2
bcb14	Banda de compresión radial	1
60.01.004	Procedimiento de ACTP (angioplastia) con balón.	Cantidad
No.	Descripción	
bcb47	Catéter para dilatación de arteria coronaria, con globo semicomplaciente, desde 1.00 hasta 4.5 mm de diámetro y longitudes desde 6 a 30 mm, y de 130 a 155cm de largo, sistema de rápido intercambio. (ofertar todas las medidas de diámetro).	1
bcb84	Cuerda guía para angioplastia coronaria, con punta recta flexible e intermedia y rígida, con recubrimiento hidrofílico de 0.014" de diámetro y 175cm ó 180 ó 182 a 300cm de longitud.	1
bcb82	Cuerda guía hidrofílica de 0.035" ó 0.038 Y/O 0.018" longitud de 145 cm ó 150 ó 260 cm. Con punta recta o curva.	1
bcb66	Conectores en "y", para catéteres de angioplastia. Compatible con rotor e introduccion (puede ir incluido en un KIT)	1
bcb143	Rotador de cuerda guía para angioplastia coronaria de 0.014" a 0.038" de diámetro. Desechable. (puede ir incluido en un KIT)	1
bcb124	Introduccion. Insertor guía para angioplastia coronaria, diámetro 0.014" a 0.038" con longitud de 8, 7 a 9.4 cm, desechable. (puede ir incluido en un KIT)	1
bcb55	Catéteres guía para coronaria derecha e izquierda con punta suave, dentro del rango de 5 a 8 Fr., de 100 cm de largo. Y tipo: Judkins asa de 3.0, 3.5, 4.0 y 5.0 mm Amplatz, MP, Extra Backup,	1
bcb125	Jeringa con Manómetro insuflador de plástico, con capacidad de presiones de 1 hasta 30atm. Y 20 o 26 cc.	1
60.01.007	Procedimiento de angioplastia directa por técnica radial.	Cantidad
No.	Descripción	
bcb2	Aguja para punción de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guía de 0.032" a 0.038".	1
bcb122	Introduccion de catéter arterial por técnica radial con recubrimiento hidrofílico, longitud. 7 a 11 cm calibre. 4, 5, 6 . Con guía vascular con recubrimiento hidrofílico, 0.018 a 0.025	1
bcb71	Cuerda guía con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta 0.035" a 0.038" longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable	1
bcb14	Banda de compresión radial	1
bcb86	Cuerdas guía para angioplastia periférica, con punta recta flexible, intermedia y rígida, con recubrimiento hidrofílico de 0.014 a 0.018" de diámetro y opcionalmente de 175cm a 300cm de longitud.	1
bcb66	Conectores en "y", para catéteres de angioplastia. Compatible con rotor e introduccion (puede ir incluido en un KIT)	1
bcb143	Rotador de cuerda guía para angioplastia coronaria de 0.014" a 0.038" de diámetro. Desechable. (puede ir incluido en un KIT)	1
bcb123	Introduccion. Insertor guía para angioplastia coronaria, diámetro 0.014" a 0.038" con longitud de 7 a 9.4 cm, desechable. (puede ir incluido en un KIT)	1
bcb56	Catéteres guía tipo Judkins, para coronaria derecha e izquierda con punta suave, asa de 3.5, 4.0 y 5.0 mm de 6 a 8 fr., de 100 cm de largo. Y tipo: Amplatz, MP o equivalente, extra soporte para izquierda y extra soporte para derecha, mamario.	1



Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page, including a large vertical line and several circular and linear scribbles.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

bc47	Catéter para dilatación de arteria coronaria, con globo semicomplaciente, desde 1.00 hasta 4.5 mm de diámetro y longitudes desde 6 a 30 mm, y de 130 a 155cm de largo, sistema de rápido intercambio. (ofertar todas las medidas de diámetro).	1
bc125	Jeringa con Manómetro insuflador de plástico, con capacidad de presiones de 1 hasta 30atm. Y 20 o 26 cc.	1
60.01.008	Procedimiento de angioplastia directa por técnica femoral.	Cantidad
No.	Descripción	
bc2	Aguja para punción de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guía de 0.032" a 0.038".	1
bc121	Introdutores de catéter arterial por técnica femoral, longitud opcional de 10 ó 16 ó 25 cm calibre. 5 a 8 Fr. Con guía vascular 0.021 a 0.038"	1
bc71	Cuerda guía con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta 0.035" a 0.038" longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable	1
bc86	Cuerdas guía para angioplastia periférica, con punta recta flexible, intermedia y rígida, con recubrimiento hidrofílico de 0.014 a 0.018" de diámetro y opcionalmente de 175cm a 300cm de longitud.	1
bc66	Conectores en "y", para catéteres de angioplastia. Compatible con rotor e introductor (puede ir incluido en un KIT)	1
bc143	Rotador de cuerda guía para angioplastia coronaria de 0.014" a 0.038" de diámetro. Desechable. (puede ir incluido en un KIT)	1
bc124	Introdutores. Insertor guía para angioplastia coronaria, diámetro 0.014" a 0.038" con longitud de 8, 7 a 9.4 cm, desechable. (puede ir incluido en un KIT)	1
bc56	Catéteres guía tipo Judkins, para coronaria derecha e izquierda con punta suave, asa de 3.5, 4.0 y 5.0 mm de 6 a 8 fr., de 100 cm de largo. Y tipo: Amplatz, MP o equivalente, extra soporte para izquierda y extra soporte para derecha, mamario.	1
bc125	Jeringa con Manómetro insuflador de plástico, con capacidad de presiones de 1 hasta 30atm. Y 20 o 26 cc.	1
60.01.011	Procedimiento para cierre de defectos septales (CIA, CIV Y FOP).	Cantidad
No.	Descripción; En caso de cierre de CIA incluye el uso del ultrasonido intracardiaco.	
bc2	Aguja para punción de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guía de 0.032" a 0.038".	1
bc108	Introduccion de catéter arterial o venoso. Por técnica percutánea, longitud 5cm opcional a 14cm calibre. 4, 5, 6, 7 u 8fr.	2
bc71	Cuerda guía con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta 0.035" a 0.038" longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable	1
bc52	Catéteres angiográfico NIH o multipropósito calibre, 5f y 6f de 65 a 110 cm de longitud. Y pigtail	1
bc97	Guía extra rígida cubierta de politetrafluoretileno de 0.035", de diámetro y 260 cm de longitud, punta "j".	1
bc152	Sistemas ocluidores para el cierre percutáneo de defectos septales de aleación de níquel y titanio, y/o con tratamiento cerámico, con discos de retención proximal y distal al defecto con cubierta interna de poliéster. Compatible con sistema de liberación de 7 a 14fr. Diámetros de diversos diámetros incluye: sistema liberador y balón de medición de baja presión a elección del Intervencionista por tipo de lesión O	1 a elección del intervencionista
bc148	Sistema liberador para ocluidor de CIA. Calibre 7 a 12 Fr. Longitud 60 a 80 cm. Incluye cable, camisa y cargador más Ocluidor de malla de nitinol, con cubierta interna de poliéster. Medidas 4mm a 40mm e intermedias con patible con dispositivo ofertado, incluye: sistema liberador y balón de medición de baja presión a elección del Intervencionista por tipo de lesión O	
bc150	Sistema liberador para ocluidor. Incluye cable, camisa y cargador. 4 a 9fr. más Ocluidor de Comunicación Inter-Ventricular, de malla de nitinol, y/o tratamiento cerámico, con cubierta interna de poliéster. Medidas 4 mm a 24mm e incluye: sistema liberador a elección del Intervencionista por tipo de lesión a elección del Intervencionista por tipo de lesión O	
bc149	Sistema liberador para ocluidor. Incluye cable, camisa y cargador. 4 a 9Fr. Más Ocluidor de malla de nitinol para foramen oval permeable, con cubierta interna de poliéster. Medidas 18 mm A 35mm e intermedias a elección del Intervencionista por tipo de lesión .	
60.01.021	Procedimiento de diagnóstico de electrofisiología.	Cantidad
No.	Descripción	
bc2	Aguja para punción de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guía de 0.032" a 0.038".	1
bc108	Introduccion de catéter arterial o venoso. Por técnica percutánea, longitud 5cm opcional a 14cm calibre. 4, 5, 6, 7 u 8fr.	2
bc33	Catéter diagnóstico para electrofisiología tetrapolar deflectable 6Fr.	1
bc16	Cable conector catéter diagnóstico tetrapolar o quadrapolar.	1
bc30	Catéter decapolar dirigible seno coronario, 5 a 7 Fr. Con cable conector compatible para cateter decapolar para seno coronario.	1
bc17	Cable conector compatible para catéter decapolar para seno coronario.	1
60.01.028	Procedimiento para colocación de filtro de vena cava.	Cantidad
No.	Descripción	
bc2	Aguja para punción de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, longitud 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guía de 0.032" a 0.038".	1
bc113	Introduccion de catéter arterial o venoso. Por técnica percutánea, longitud opcional entre 10 y 25 cm y calibre dentro del rango de 4 a 14Fr.	1
bc71	Cuerda guía con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta 0.035" a 0.038" longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable	1
bc96	Filtro de vena cava femoral o yugular recuperable o permanente.	1



K

A

C

J



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025,-----

60.01.029 Procedimiento de cateterismo diagnóstico periférico.		Cantidad
No.	Descripción	
bcb1	Aguja para punción de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, longitud de 5 y 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guía de 0.032" a 0.038".	1
bcb112	Introduccion de catéter arterial o venoso. Por técnica percutánea, longitud opcional entre 10 y 25 cm calibre. 4, 5, 6, 7 u 8 fr.	1
bcb71	Cuerda guía con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, o recta 0.035" a 0.038" longitud 150cm y 260cm hasta 300 cm. Estéril y desechable	1
bcb76	Cuerda guía con recubrimiento hidrofílico con punta recta o angulada de 0.035 a 0.038", longitud 150-260 cm.	1
bcb42	Catéter para arterias periféricas head-hunter, cobra, vertebral, SMI, JB, Simmons, multipropósito, pigtail con técnica percutánea, cal 5 y 6 fr., longitud 100 a 110 cm. Tipo: Judkins, Amplatz 1 y 2. Multipropósitos, mamarios, o Catéteres diagnósticos para arterias periféricas, curva H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, multipropósito y pigtail, entre 100 y 110 cm de longitud, calibre 4 ó 5 Fr.	1
60.01.042 Procedimiento para cierre de PCA con oclisor niños.		Cantidad
No.	Descripción	
bcb1	Aguja para punción de vasos arteriales o venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto, longitud de 5 y 7.0 cm calibre. 18 G A 21 G para guía de 0.032" a 0.038".	1
bcb108	Introduccion de catéter arterial o venoso. Por técnica percutánea, longitud 5cm opcional a 14cm calibre. 4, 5, 6, 7 u 8fr.	2
bcb85	Cuerda guía para angioplastia coronaria, con punta recta flexible e intermedia y rígida, con recubrimiento hidrofílico de 0.014" de diámetro y 175cm ó 180 ó 182 a 300cm de longitud. Ó cuerda guía hidrofílica de 0.018" ó 0.035" ó 0.038 " longitud de 145 cm ó 150 ó 260 cm. Con punta recta o curva.	1
bcb60	Catéteres multipropósito punta a1, a2, b1 y b2 estéril, desechable y Catéter pigtail Longitud 65 a 110 cm calibre. 5Fr.	2
bcb87	Cuerdas guía recubierta de politetrafluoretileno, para catéter con punta "j", diámetro 0.035", súper rígida de 260 cm de longitud.	1

Handwritten signature and vertical line on the right side of the page.

Handwritten signature or initials on the right side of the page.

Handwritten signature or initials on the right side of the page.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

APÉNDICE T4 BIENES DE CONSUMO DEL SMI PARA HERI

No.	Clvsi	Bien de Consumo Complementario
1	60.01.806	Balón coronario con medicamento (paclitaxel o sirolimus) diversas medidas de 2.0 a 4.0 mm de diámetro y longitudes desde 10 mm a 30 ó 40 mm de longitud.
2	60.01.808	Balón de contra pulsación de 30, 40 o 50 cc. Incluye equipo
3	60.01.815	Balón periférico pediátrico diferentes medidas.
4	60.01.816	Balones de angioplastia coronaria de alta presión No complaciente.
5	60.01.818	Banda de compresión radial.
6	60.01.819	Bolsa estéril para tubo de fluoroscopio.
7	60.01.820	Cables conectores de electrofisiología (de alta densidad en un solo catéter).
8	60.01.821	Cables conectores para catéter de electrofisiología.
9	60.01.825	Catéter con lazo y/o canastilla de diversas medidas para extracción de cuerpo extraño.
10	60.01.836	Catéter guía teflonado ó semihidrofílico ó hidrofílico 5 ó 6 ó 7 u 8 fr.
11	60.01.837	Catéter guía multipropósito 5, 6, 7 y 8 Fr.
12	60.01.840	Catéter para dilatación de arteria coronaria, con globo de alta presión, de 1.20 a 4.0 mm de diámetro por 8 a 30 mm de longitud, 130 a 150 cm de largo, con sistema montado en guía "over the wire".
13	60.01.841	Catéter para seno coronario de 5 a 7Fr.
14	60.01.845	Catéter para ultrasonido intracoronario. Incluye equipo
15	60.01.847	Catéter tipo Berman para angiografía de 4 y 5 fr.
16	60.01.848	Catéteres diagnostico convencional distintos de 4 a 8 Fr. Y hasta 110 cms. de longitud.
17	60.01.859	Colchón térmico para paciente neonato, lactante y pediátrico. (No requiere referenciación).
18	60.01.862	Controlador manual estéril para sistema de inyección de solución salina y medio de contraste con flujo variable.
19	60.01.865	Cuerda guía con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, 0.035" longitud opcional de 150, 260 ó 300 cm. Estéril y desechable.
20	60.01.871	Dispositivo hemostático para cierre vascular a base de colágeno o ácido poliglicólico o cierre vascular con vaina introductora femoral incluida, un obturador, un predilatador, alambre guía y un sistema (SIS) para el cierre de 7fr.
21	60.01.876	Electrodo marcapaso con globo distal.
22	60.01.877	Electrodo para marcapaso temporal bipolar.
23	60.01.881	Extensión coaxial de catéter guía coronario de rápido intercambio de 5, 5.5, 6, 7 y 8Fr ó de 6 a 8 Fr o cateter guía intermedio de 0.057" o EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUIA CORONARIO DE 6FR, LONGITUD PROXIMAL DE 120 A 150 CM
24	60.01.883	Extensión de presión de 15cm o extensión de presión de 15 o 25cm.
25	60.01.885	Extractor de trombos intracoronario.
26	60.01.886	Extractor manual de trombos pulmonares 5 Fr a 8Fr de 140 a 150cm de longitud.
27	60.01.893	Guía de alto soporte.
28	60.01.897	Introduccion 18 fr.
29	60.01.898	Introduccion de cateter arterial o venoso con alma metalica. Por tecnica percutanea, longitud 25 a 45cm calibre. 5,6,7 y 8 fr o INTRODUCION DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 25 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR
30	60.01.899	Introduccion de cateter arterial o venoso femoral, por tecnica percutanea pediátrico, 4, 5 y 6 French, longitud 5cm opcional a 14 cms.
31	60.01.900	Introduccion de cateter arterial o venoso femoral, por tecnica percutanea, 4, 5, 6, 7, 8 French, longitud opcional de 10 ó 16 ó 25 cms. Con guia vascular 0.021 a 0.032".
32	60.01.901	Introduccion de cateter arterial por tecnica radial con recubrimiento hidrofílico longitud opcional de 10 a 25cm calibre.4 a 7 fr.
33	60.01.902	Introduccion Guia Largo para acceso femoral y distal arterial de 90 o 100 cms. 7 u 8 Fr.
34	60.01.906	Introduccion pediátrico 4 y 5 fr.
35	60.01.907	Introduccion de cateter arterial o venoso. Por tecnica percutanea, longitud opcional de 10 ó 11 o 16 ó 25 cm calibre. Dentro del rango de 4 a 14Fr.
36	60.01.908	Jeringa para angiocardiografía, de 100 a 150 ml de capacidad o Jeringa para angiocardiografía, de 150 ml de capacidad
37	60.01.909	Jeringa para sistema de inyección de medio de contraste por flujo variable.
38	60.01.910	Jeringas de plástico para insuflar el globo del catéter de dilatación de arterias coronarias para mantener y medir la presión.



Handwritten signature and initials in blue ink.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025,-----

No.	Clvsi	Bien de Consumo Complementario
39	60.01.911	Kit de Catéter Swan Ganz incluye: introductor y catéter para medición de presión por termo dilución.
40	60.01.912	Kit de pericardiocentesis. Incluye: 1 Aguja de 22 G., 1 aguja de 25 G., 1 jeringa de 12 mm., 1 jeringa de 20 cc., 1 jeringa de 60 cc, 1 bisturí y 1 aguja de 3-0 curva con sutura. (puede variar según tecnología de cada fabricante siempre que tengan la misma funcionalidad y sean compatibles sus elementos).
41	60.01.913	Kit para administración de solución salina y medio de contraste por flujo variable: Incluye 1 Manifold, tubo de solución salina y una jeringa de mano, ó Kit con jeringa de 150 ml, tubo de solución salina y contraste.
42	60.01.918	Manifold angiográfico de tres vías.
43	60.01.920	Mantas para calentamiento intraoperatorias para la parte inferior del cuerpo y mantas para post operatorio de acceso múltiple. Incluye equipo
44	60.01.921	Medio de contraste hidrosolubles no iónico en concentración de 300 a 370 mg/ml, ioversol o iopamidol o iohexol o iopromida o lobitridol. Frasco con 100 ml o iónico de baja osmolaridad, ioxagato de sodio y meglumina, concentración 320mg/ml, presentación 100ml.
45	60.01.941	Paquete universal de ropa.
46	60.01.943	Pig tail centimetrado 5 Fr.
47	60.01.944	Prótesis endovascular coronaria (stent medicado) con: revestimiento de everolimus en platino cromo, zotarolimus en cromo cobalto, everolimus en cromo cobalto. Cada una de las plataformas en diversas medidas.
48	60.01.945	Prótesis endovascular coronaria (stent medicado) con: revestimiento de everolimus en platino cromo polímero bioabsorbible. O Prótesis endovascular coronaria (stent medicado) con revestimiento de everolimus o sirolimus, en platino-cromo o en cobalto-cromo, con polímero bioabsorbible.
49	60.01.948	Rotador de cuerda guía para angioplastia coronaria de 0.014" de diámetro. Tipo: pin-vice. Desechable o KIT DE VALVULA EN "Y" QUE INCLUYE, VALVULA, ROTOR E INSERTOR,
50	60.01.949	Set de micro punción.
51	60.01.955	Sistema introductor largo o vaina de acceso vascular.
52	60.01.959	Stent premontado en balon cubierto de ePTFE. (Uso coronario).
53	60.01.961	Stent diferentes diámetros y longitudes, auto expandible y expandibles con balón, de nitinol y marcas de tantalio, compatible con cuerda guía 0.035" o 0.014" o 0.018". (para uso vascular general) o stent diferentes diámetros y longitudes, autoexpandible, de nitinol y marcas de titalio, compatible con cuerda guía 0.035" o 0.014"(para uso vascular general).
54	60.01.969	Transductor de presión compatible con el polígrafo.
55	60.01.970	Tubo para muestra de sangre para medición de tiempo de coagulación activada. Incluye equipo.
56	60.01.976	Catéter para angiografía y arteriografía por técnica percutánea. De politetrafluoretileno, alto flujo angulado a 145 grados. Tipo: Pigtail. Longitud 110 cm calibre 5 a 6 fr.
57	60.01.977	Catéter para cateterización percutánea cal 4 a 6 fr., longitud 65 a 110 cm. Tipo: MPA, Pigtail, NIH o recto diversas curvas.
58	60.01.978	Catéter para dilatación de arteria coronaria, con globo semicomplaciente, desde 1.25 a 4.5 mm de diámetro y longitudes desde 8 a 30 mm. y de 130 a 155cm de largo, sistema de rápido intercambio. (ofertar todas las medidas de diámetro) o CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE 1.20 A 4 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO.
59	60.01.979	Catéteres guía tipo Judkins, para coronaria derecha e izquierda con punta suave, asa de 3.5, 4.0 y 5.0 mm de 6 a 8 fr., de 100 cm de largo. Y tipo: Amplatz o MP o Voda o Ikari o Ebu.
60	60.01.980	Catéteres multipropósito punta a1, a2, b1 y b2 estéril y desechable. Longitud 100 cm calibre. 5Fr.
61	60.01.981	Catéteres para cateterización de arteria coronaria derecha con técnica percutánea, asa de 3.5, 4 y 5, calibre 5 ó 6Fr., longitud 100 a 110 cm. Tipo: Judkins, Amplatz 1 y 2. Multipropósitos, mamarios.
62	60.01.982	Catéteres para cateterización de arteria coronaria izquierda con técnica percutánea, cal 5 ó 6fr., longitud 100 o 110 cm. tipo: femoral izquierda asa de 3.5, 4 y 5, amplatz 1 y 2. multipropósitos, mamarios.
63	60.01.983	Cuerdas guía para angioplastia coronaria, con punta recta flexible, intermedia, rígida o doble espiral con recubrimiento hidrofílico de 0.014" de diámetro y 175cm a 195cm de longitud.
64	60.01.984	Guía hidrofílica de 0.035 o 0.038 longitud de 150 o 260 punta angulada o recta de acuerdo a las necesidades del médico.
65	60.01.985	Cuerdas guía para angioplastia coronaria, con punta recta flexible, intermedia y rígida, con recubrimiento hidrofílico de 0.014" de diámetro con 300cm de longitud.
66	60.01.1006	Introductor peel-away.
67	60.01.1041	CATETERES DIAGNOSTICOS PARA ARTERIAS PERIFERICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPOSITO Y PIGTAIL, EN 100 O 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR.
68	60.01.1043	Sonda para eco intracardiaco (Incluye uso de equipo para eco intracardiaco) para otros procedimientos compatibles con el



Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page, including a large vertical line and several circular and linear scribbles.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-50-GYR-050GYR017-T-38-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025,-----

No.	Clvsi	Bien de Consumo Complementario
		equipo ultrasonido intracardiaco ofertado. uso adulto y pediátrico.
69	60.01.1057	kit de introductor radial con pared ultradelgada longitus opcional de 1o ó 16 ó 25cm de 5 a 7Fr.
70	60.01.1064	Introductor largo de 30, 65 y 85 cm trenzado de inicio a fin, marca radiopaca de platino /iridio, dilatador de LDPE compatible con guía 0.035", de 12 y 14 Fr cuenta con válvula hemostática y llave de tres vías.
71	60.01.1068	Stent liberador de fármaco Biolimus A9, o stent/andamio bio absorbible liberador de fármaco sirolimus.
72	60.01.1069	Dispositivo intravenoso de acceso femoral, de sujecion que forma una cesta alrededor del cuerpo del cable, sondas de cateter o guias y otros objetos extraños. Con una longitud de 94 cms. Se coloca cerca del cable a través de una vaina interna de 12 Fr larga y flexible colocada coaxialmente dentro de una vaina exterior de 16 Fr de TFE. La presentación es en Kit que contiene: Aguja calibre 18, jeringa Luer Lock de 10 cc, guía de alambre curvada de 145 cms, 0.038", dilatador, juego de vainas introductoras para estación de trabajo, vaina interior recta de 12 Fr con una canastilla en forma de cabeza de cobra hecha de acero inoxidable/nitinol y lengüeta de 13mm tiene una valvula hemostatica en su extremo proximal. Tambien compatible con una vaina introductora femoral curva de diametro extenso.
73	60.01.1070	Vaina introductora femoral curva de TFE con 91.4 cms. de longitud y 12 Fr.
74	60.01.1084	Prótesis endovascular dedicado a bifurcación de acero inoxidable y liberador de medicamento (Paclitaxel o sirolimus) auto expandibles o liberación con balón o prótesis endovascular dedicado a bifurcación de diversas aleaciones y liberador de medicamento (biolimus) autoexpandibles o liberación con balón.
75	60.01.1085	Sonda esofágica para el monitoreo hemodinámico v del gasto cardiaco (incluye equipo)
76	60.01.894	Guía de presión. Floppy de .014 por 185 o 190cm de longitud o micro catéter con punta de Medición de la Reserva de Flujo coronario Fraccional o guia floppy de 0.014" por 182 cm de longitud
77	60.01.839	Catéter para adquisición de imágenes en OCT. Intravascular ó Catéter de Ultrasonido Intracoronario de tipo mecánica rotatoria de 60 Mhz, de alta definición.



Handwritten blue marks and signatures on the right side of the page, including a large vertical line, a circle with '17', and a signature 'A' and 'g'.