



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., siendo las **09:00** horas, del día **09 de junio de 2025**, estando en la sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Calle Arboledas No. 115 lotes 54 y 55, Zona Industrial La Paz C.P. 42080, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente Acta, a efecto de reanudar la Junta de Aclaraciones del Procedimiento al rubro citado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 43, 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 de su Reglamento, así como del numeral 3.4 de la Convocatoria.

Quien preside el acto, la **Mtra. Karla Guadalupe Lopez Campos, Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios**, servidor público de conformidad con lo establecido en el Numeral 5.3.8 Inciso b), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social; quien comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 44 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan manifestado su interés en participar en esta Licitación a través de la Plataforma Compras MX, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto mediante dicho sistema.

Se hace constar que se encuentra presente el **Lic. Josepe Giovanni Hernandez Amaya**, representante del Área de Auditoría, Quejas, Denuncias y Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuya firma aparece al final de la presente acta.

De igual manera se hace constar que no se cuenta con testigo social, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De conformidad con al artículo 35 antepenúltimo párrafo de la Ley, se hace constar que no asistieron personas que manifestaran su interés de estar presente en este acto como observadores.

La Presidenta del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y escritos de interés en participar, a través de la Plataforma Compras MX de los siguientes licitantes, de conformidad al artículo 44 de la Ley:

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	NUMERO DE PREGUNTAS
1	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	33
2	DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIA MEDICA S DE RL DE CV	15
3	SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV	20
4	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	74
5	DISPOSITIVOS Y DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA	0
6	TECNOLOGIA MEDICA DIART SA DE CV	0
Total		142





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

Acto seguido los representantes del área técnica y área contratante, manifiestan tener las siguientes modificaciones a la Convocatoria en la cual se establecen las bases de la Licitación en cita, mismas que servirían y actualizarían las condiciones del procedimiento de contratación en términos del artículo 44 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al numeral 3.4 de la misma:

NUMERAL	ACTUALIZACIÓN
11. FORMATOS QUE FACILITARÁN Y AGILIZARÁN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES.	LAS MODIFICACIONES REALIZADAS SE ADJUNTAN AL FINAL DEL ACTA
ANEXO 15 (QUINCE) PROPUESTA ECONÓMICA	
ANEXO 19 (DIECINUEVE) RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA	
ANEXO 25 (VEINTICINCO) ANEXO TECNICO Y APÉNDICE T-4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA HERI	
APÉNDICE T1. REQUERIMIENTOS DE SMI PARA HERI	
APÉNDICE T2. CATÁLOGO EQUIPO MÉDICO DEL SMI PARA HERI	
APÉNDICE T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HERI"	
APÉNDICE T-35"FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"	
CONVOCATORIA	EN TODAS LAS DOCUMENTALES Y PÁRRAFOS DE ESTA CONVOCATORIA EN LOS CUALES SE REFERENCIE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, DEBERÁ DECIR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025

Posteriormente, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por el licitante, así como las respuestas otorgadas, como se indican a continuación:

LICITANTE: DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIA MEDICA S DE RL DE CV

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	1	CONVOCATORIA NUMERAL 4.1.19	CONSIDERANDO QUE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL TIENE UNA VIGENCIA DE HORAS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA CUMPLIR CON ESTE NUMERAL DE LA CONVOCATORIA ES CORRECTO ENTENDER QUE BASTARÁ CON PRESENTAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA CON UN MÁXIMO DE 5 DÍAS PREVIOS AL ACTO DE APERTURA Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES	LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DEBERÁ SER PRESENTADA CON UNA VIGENCIA DE HASTA 24 HORAS PREVIAS A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
2	2	CONVOCATORIA ANEXOS	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA FORMA CORRECTA DE ENUNCIAR ESTE PROCEDIMIENTO EN LOS ANEXOS ES "LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NUMERO LA-50-GYR017-T-112-2025, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVANCIONISTA, EJERCICIO 2025." FAVOR DE ACLARAR TODA VEZ QUE EN ALGUNOS DE ELLOS APARECE COMO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA.	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES REALIZADAS AL INICIO DE ESTA ACTA
3	3	CONVOCATORIA ANEXO 15	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL CORRECTO LLENADO DE ESTE FORMATO, ÉSTE DEBERÁ INCLUIR LAS FILASDE SUBTOTAL, IVA Y TOTAL EN IMPORTE MINIMO SIN IVA Y EN IMPORTE MÁXIMO SIN IVA AL FINAL DE LA COLUMNA DE ESTOS CONCEPTOS.	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES REALIZADAS AL INICIO DE ESTA ACTA
4	4	CONVOCATORIA ANEXO 15	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON EL CORRECTO LLENADO DE ESTE FORMATO LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO DEBERÁN IR COTIZADO EN SU COSTO UNITARIO SIN QUE A ESTO SE LE AGREGUE UNA SUMATORIA TOTAL. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
5	5	CONVOCATORIA ANEXO 15	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL PRECIO TOTAL CON LETRA DE LA PROPOSICIÓN CORRESPONDERÁ AL TOTAL DEL IMPORTE MÁXIMO IVA INCLUIDO O DEBERÁ EXPRARSE EN MINIMOS Y MÁXIMOS IVA INCLUIDO. FAVOR DE ACLARAR.	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES REALIZADAS AL INICIO DE ESTA ACTA
6	6	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 2.3.1, 4.1.1, 4.2.1	CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE UN PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ARCHIVOS A SUBIR EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX NO ESTEN TAN PESADOS, NOS PERMITA PRESENTAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE SOLO DEL ANVERSO, TOMADO EN CUENTA QUE EL REVERSO DEL DOCUMENTO SOLO CONTIENE LA LEYENDA "SIN TEXTO", LO CUAL NO AFECTA LA SOLVENCIA TÉCNICA DE NUESTRA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
7	7	ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6 TABLA 6.1	SUPERVISOR DE OPERACIÓN: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE NUMERAL DEL ANEXO TÉCNICO, DEBEMOS PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DE 2 TÉCNICOS, UNO PARA CADA TURNO.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
8	8	ANEXO TÉCNICO 2.3.1, 4.1.1, 4.2.1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE LOS REGISTROS SANITARIOS DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS PARA LOS EQUIPOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIOS
9	9	ANEXO TÉCNICO 2.3.2, 4.1.2, 4.2.2	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD POR FAMILIA DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
10	10	TÉRMINOS Y CONDICIONES PÁGINA 8	CURRICULUM INDIVIDUALIZADO DEL PERSONAL PROPUESTO: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS

FO-CON-08

3 / 63



2025
Año de
La Mujer
Indígena



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PODEMOS PROPONER PERSONAL CON CARRERA EN ENFERMERÍA, TÉCNICO EN ENFERMERÍA, INGENIEROS BIOMÉDICOS, INGENIEROS BIOTECNÓLOGOS O CARRERA A FIN SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SER EVALUADO.	SOLICITADOS
11	11	TERMINOS Y CONDICIONES INCISO E) PUNTO IV	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE DEBEMOS PRESENTAR ÚNICAMENTE FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS ETC DE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO SIENDO NECESARIOS LOS DE EQUIPO Y BIENES DE CONSUMO BÁSICOS.	LOS DOCUMENTOS REFERIDOS DEBERÁN DE SER PRESENTADOS PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS, CONFORME LO ESTABLECE EL INCISO E) DEL ANEXO 26 (VEINTISEIS) TERMINOS Y CONDICIONES
12	12	TERMINOS Y CONDICIONES INCISO E) PUNTO IV	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL 80% DE LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS ETC DE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, NO SIENDO NECESARIOS LOS DE EQUIPO Y BIENES DE CONSUMO BÁSICOS.	LOS DOCUMENTOS REFERIDOS DEBERÁN DE SER PRESENTADOS PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS, CONFORME LO ESTABLECE EL INCISO E) DEL ANEXO 26 (VEINTISEIS) TERMINOS Y CONDICIONES
13	13	APÉNDICE T4	NO.12 CLAVE 60.01.840. CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA DILATACIÓN CORONARIA CON GLOBO DE ALTA PRESIÓN, DE 1.0, 1.25 A 4.0 MM DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO CON TODAS LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, CON EL FIN DE OFERTAR MAYOR GAMA DE MEDIDAS A ELECCIÓN DEL MÉDICO, BUSCANDO EL BENEFICIO DE LOS PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
14	14	APÉNDICE T4	NO. 47 CLAVE 60.01.944 CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) DE ACERO INOXIDABLE CON REVESTIMIENTO DE SIROLIMUS, CUMPLIENDO CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE TENER UN MAYOR NÚMERO DE OPCIONES PARA TRATAMIENTO DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
15	15	APÉNDICE T4	NO. 65 CLAVE 60.01.985 CONSIDERANDO EL DIÁMETRO DE LONGITUD DE ESTAR CUERDA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A AL CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA DESCRIPCIÓN CORRECTA A OFERTAR ES: CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON	NO ES CORRECTO, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.-----

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO CON 300CM DE LONGITUD, PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA ¿ES CORRECTO?	

LICITANTE: DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
16	1	CONVOCATORIA	AL NO CONSTITUIR UNA ADQUISICIÓN DE BIENES SINO LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO MÉDICO INTEGRAL, CONFORMADO POR EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y BIENES DE CONSUMO COMPATIBLES CON EL EQUIPO MÉDICO Y ENTRE SI, LOS CUALES NO PASAN A SER PROPIEDAD DEL IMSS, LOS BIENES NO ESTÁN SUJETOS A LOS TRATADOS, POR LO QUE EL ORIGEN DE LOS MISMOS PODRÁN PROVENIR DE PAÍSES NO SOCIOS Y ÚNICAMENTE SE REQUIERE QUE LOS LICITANTES ACREDITEN SU NACIONALIDAD, YA SEA MEXICANA O DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA CELEBRADO UN TLC CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
17	2	COMPRAS MX	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PARAMETRO DEBEMOS PRESENTAR EL ANEXO 3 RELATIVO AL ESCRITO DE MO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA NUEVA LAASSP, YA QUE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 HACEN REFERENCIA A LA LEY DEROGADA, FAVOR DE ACLARAR	SE ACEPTA
18	3	4.1 PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA 4.1.18	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDAS POR EL SAT CON FECHA DE POR LO MENOS 5 DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA FECHA DE DICHO ACTO, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA
19	4	4.1 PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA 4.1.19	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DE POR LO MENOS 5 DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA FECHA DE DICHO ACTO, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DEBERÁ SER PRESENTADA CON UNA VIGENCIA DE HASTA 24 HORAS PREVIAS A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
20	5	4.3 PROPUESTA ECONÓMICA. ANEXO 15	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA PARA LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS BASTARÁ CON INDICAR SOLO LOS PRECIOS UNITARIOS, Y ÚNICAMENTE SE DEBEÁ PRESENTAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

D. C. PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			COMO IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA EL IMPORTE QUE RESULTE EN LOS IMPORTES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LOS PROCEDIMIENTOS. FAVOR DE ACLARAR.	
1	6	ANEXO TÉCNICO 2.3, 2.3.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS SOLO POR EL LADO ANVERSO, YA QUE EL REVERSO SOLO CONTIENE LA LEYENDA "SIN TEXTO", LA CUAL RESULTA IRRELEVANTE, NO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROUESTA Y AUMENTA DE FORMA INNECESARIA EL PESO DE LOS ARCHIVOS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
2	7	ANEXO TÉCNICO 2.3, 2.3.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS EQUIPOS Y/O BIENES DE CONSUMO QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO NOS PERMITA PRESENTAR EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, PUBLICADO EN EL DOF DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
3	8	ANEXO TÉCNICO 2.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS, YA QUE EXISTEN EQUIPOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIOS QUE SE ACREDITAN CON UN SOLO REGISTRO SANITARIO, POR LO QUE AL PRESENTARLOS INDIVIDUALMENTE SE DUPLICARIA LA INFORMACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA
4	9	ANEXO TÉCNICO 2.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR FAMILIA DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS, YA QUE EXISTEN EQUIPOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIOS QUE SE ACREDITAN CON UN SOLO CERTIFICADO DE CALIDAD, POR LO QUE AL PRESENTARLOS INDIVIDUALMENTE SE DUPLICARIA LA INFORMACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
5	10	ANEXO TÉCNICO 2.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS CATÁLOGOS POR FAMILIA DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS, YA QUE EXISTEN EQUIPOS, BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIOS QUE SE ACREDITAN CON UN SOLO CATÁLOGO, POR LO QUE AL PRESENTARLOS INDIVIDUALMENTE SE DUPLICARIA LA INFORMACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA
6	11	TÉRMINOS Y CONDICIONES, C), CURRÍCULUM INDIVIDUALIZADO PERSONAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A "LA CONVOCANTE" PODER OFERTAR COMO TÉCNICO A EGRESADOS DE LAS SIGUIENTES CARRERAS: ENFERMERÍA, MEDICINA, INGENIERÍA BIOMÉDICA, INGENIERÍA BIÓNICA, QUÍMICA FÁRMACO BIOLOGA, QUÍMICA FARMACÉUTICA, BIOTECNOLOGÍA, INGENIERÍA ELECTRICA E INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA CON AMPLIA EXPERIENCIA EN SECTOR SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. CON CERTIFICADO DE ESTUDIOS, CARTA PASANTE, TÍTULO O COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Y/O TÍTULO PROFESIONAL O EN SU CASO CONSTANCIA DE AVANCE DEL 75% AL 100% DE CRÉDITOS. ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
27	12	TÉRMINOS Y CONDICIONES, C), DOMINIO DE HERRAMIENTAS	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ACREDITAR EL DOMINIO DE HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO BASTARÁ CON PRESENTAR LOS CERTIFICADOS, CONSTANCIAS O DIPLOMA DEL FABRICANTE Y/O, DISTRIBUIDOR SOLO DE LOS EQUIPOS RRQUERIDOS EN EL ANEXO T11. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
28	13	TÉRMINOS Y CONDICIONES, C), ESPECIALIDAD DEL LICITANTE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A "LA CONVOCANTE" CONFIRME QUE SOLO SERÁN CONSIDERADOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA LOS CONTRATOS QUE HAGAN REFERENCIA A UN SERVICIO MÉDICO INTEGRAL RELACIONADO CON LA HEMODINAMIA Y/O PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES TALES COMO: CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, CARDIOLOGÍA ESTRUCTURAL Y CONGÉNITA, ELECTROFISIOLOGÍA CARDIACA E IMPLANTE DE DISPOSITIVOS ESTIMULACION CARDIACA, ANGIOLOGÍA O VASCULAR PERIFÉRICO, TERAPIA ENDOVASCULAR NEUROLÓGICA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, QUEDANDO EXCLUIDOS AQUELLOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
29	14	APENDICE T1 A, BCB2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 3.8 A 7.0 CM CALIBRE 18G A 21 G PARA GUIA DE 0.032", 0.035" Y/O 0.038". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
30	15	APENDICE T1 A, BCB109	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 A 25 CM, DENTRO DEL RANGO DE 4FR A 11 FR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
31	16	APENDICE T1 A, BCB115	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL POR TECNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, LONGITUD OPCIONAL DE 10 CM Ó 16 CM Ó 25 CM CALIBRE 4 A 7 FR, CON GUIA VASCULAR DE 0.021" A 0.025" CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
32	17	APENDICE T1 A, BCB47	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETER PARA DILATACION DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE DIAMETRO MINIMO DE 1.1 MM Y DIAMETRO MAXIMO DE 4.5 MM, LONGITUDES DESDE 5 A 30 MM, Y DE 138 CM DE LARGO, SISTEMA DE RAPIDO INTERCAMBIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
33	18	APENDICE T1 A, BCB122	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL POR TECNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, LONGITUD DE 10-25 CM, CALIBRES 5 Y 6 FR CON GUIA VASCULAR CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO DE 0.021" A 0.025". ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
34	19	APENDICE T1 A, BCB113	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 A 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11FR." ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
35	20	APENDICE T1 A, BCB108	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 10 CM, CALIBRE 4,5,6,7 U 8 FR." ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
36	21	APENDICE T1 A, BCB86	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 190 A 300CM DE LONGITUD", ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
37	22	APENDICE T1 A, BCB121	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA FEMORAL, LONGITUD OPCIONAL DE 10CM Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 5 A 8 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.025" A 0.035", ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
38	23	APENDICE T1 A, BCC 60.01.900	APARTADO BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO CON LA CLAVE 60.01.900, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL DE 4, 5, 6,7,8 FR, LONGITUD DE 10 CM A 25 CM, CON GUÍA VASCULAR DE 0.025" A 0.035", ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
39	24	APENDICE T1 A, BCC 60.01.901	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL POR TECNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, LONGITUD DE 10 CM A 25 CM DE LONGITUD, CALIBRE DE 5 Y 6 FR, CON GUÍA VASCULAR CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO DE 0.021" A 0.025", ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
40	25	APENDICE T1 A, BCC60.01.907	APARTADO BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO CON LA CLAVE 60.01.907, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 A 25 CM. CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11FR. ", ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
41	26	APENDICE T1 A, BCC 60.01.944	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA BCC60.01.944 NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITA OFERTAR COMO UNA CUARTA ALTERNATIVA UNA PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE SIROLIMUS Y PLATAFORMA DE CROMO-COBALTO, GARANTIZANDO QUE SE OFERTARAN AL MENOS 3 DE LAS 4 ALTERNARTIVAS DE PLATAFORMA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
42	27	APENDICE T1 A, BCC 60.01.978	APARTADO BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO CON LA CLAVE 60.01.978, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.10 MM HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6MM-10MM A 30 MM, Y DE 138 CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO), ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
43	28	APENDICE T1 A, BCB 60.01.122	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, LONGITUD DE 10-25 CM, CALIBRES 5 Y 6 FR. CON GUIA VASCULAR CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO DE 0.21" A 0.25", ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
44	29	APENDICE T1 A, BCC 60.01.808	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN DE 30 Y/Ó 40 CC, TODA VEZ QUE EL MODELO DE 50 CC SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
45	30	APENDICE T1 A, BCC 60.01.848	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETER DIAGNOSTICO DE 4 A 6 FR, Y HASTA 110 CM DE LONGITUD, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
46	31	APENDICE T1 A, BCC 60.01.899	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA PEDIÁTRICO, 4,5 Y 6 FRENCH, LONGITUD DE 5CM OPCIONAL A 10 CM, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
47	32	APENDICE T1 A, BCC 60.01.920	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MANTAS PARA CALENTAMIENTO PRE, PER Y TRANS OPERATORIO (DIFERENTES DISEÑOS Y TAMAÑOS O DE ACCESO MULTIPLE) UNA TECNOLOGÍA DE AUTOCALENTAMIENTO Y QUE NO REQUIERE DE UN EQUIPO CAPITAL, LO CUAL NO SERÁ NECESARIO OFERTAR UN EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
48	33	APENDICE T1 A, BCC 60.01.961	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN STENT AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL CON MARCAS DE ORO O TANTALIO O SIN MARCAS RADIOPACAS PERO CON CUERPO RADIOPACO, CON INDICACIÓN VASCULAR O BILIAR, COMPATIBLE CON GUIAS 0.014", 0.018" O 0.035". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

LICITANTE: VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
49	1	CONV_T112	CREEMOS QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO, LAS DESCRIPCIONES DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO NO COINCIDEN ENTRE LOS ANEXOS DE LA CONVOCATORIA Y EL "APÉNDICE T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA HERI", POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS CONSIDERAR PARA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA LAS DESCRIPCIONES DEL ARCHIVO WORD "ANEXO TECNICO" EN EL PUNTO "4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO" Y A SU VEZ NOS COMPARTA LOS MINIMOS Y MAXIMOS QUE SE DEBERAN CONSIDERAR. ¿ES CORRECTO?	QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES REALIZADAS AL INICIO DE ESTA ACTA
50	2	ANEXO TECNICO 2.- EQUIPO MÉDICO.	SE MENCIONA: POR LO CUAL, DEBERÁ INTEGRAR EN SU PROPUESTA, UN "DICTAMEN TÉCNICO" Y/O UNA ORDEN DE SERVICIO, QUE DICTAMINE O GARANTICE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CADA EQUIPO MÉDICO, SU FECHA DE ELABORACIÓN DEBERÁ ESTAR COMPRENDIDA A PARTIR DEL AÑO 2020 Y DEBERÁ ESTAR ELABORADA POR EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA DEL EQUIPO, CONFORME A LA RELACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS QUE ESTÁN CONTENIDOS EN EL APENDICE T2 "CATALOGO EQUIPO MÉDICO DEL SMI PARA HERI". SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, QUE EN CASO DE OFERTAR EQUIPOS USADOS A FIN DE COMPROBAR QUE SON FUNCIONALES Y SE ENCUENTRAN EN PERFECTAS CONDICIONES DE OPERACIÓN, PODEMOS PRESENTAR "DICTAMEN TÉCNICO" Y/O UNA ORDEN DE SERVICIO Y/O BITACORA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ESTE DOCUMENTO PODRÁ SER EXPEDIDO POR EL LICITANTE, YA QUE, ES EL QUE BRINDA LOS MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO EL LICITANTE ACREDITE ENCONTRARSE CERTIFICADO PARA BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS, O BIEN, CON LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL SE VISUALICE EL GIRO PARA

FO-CON-08

9 / 63



2025
Año de
La Mujer
Indígena



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
				BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS,
51	3	ANEXO TECNICO 6 ASISTENCIA TÉCNICA.	SE MENCIONA: EL LICITANTE PARTICIPANTE DEBERÁ DESIGNAR TÉCNICOS CAPACITADOS EN PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMIA Y DEBERÁ COMPROBARLO PARA SU EVALUACIÓN (PUNTAJE), MEDIANTE COPIAS DE TITULO, CÉDULA PROFESIONAL, DIPLOMAS Y/O CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, CURSOS DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR CENTROS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS RECONOCIDA Y DEDICADA A PROPORCIONAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN EN EQUIPO MÉDICO, QUE ACREDITE EL DOMINIO DE HERRAMIENTAS EN INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS EN LA UNIDAD HOSPITALARIA (DETALLADO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES), QUE DARÁN COBERTURA A LOS TURNOS MATUTINO Y VESPERTINO, (UNO POR CADA SALA Y TURNO DE LA UNIDAD) DE LUNES A DOMINGO, CONFORME A LA PROGRAMACIÓN Y NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS INSTITUCIONALES, PARA QUE UNA VEZ ADJUDICADOS ASISTAN LOGÍSTICAMENTE AL PERSONAL DEL INSTITUTO EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA UNIDAD SOLO CUENTA CON UNA SALA DE HEMODINAMIA Y QUE SE EJERCEN LOS TURNOS MATUTINO Y VESPERTINO. EN CASO CONTRARIO, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS COMPARTA EL NUMERO DE SALAS Y TURNOS LABORADOS EN LA UNIDAD. ¿SE ACEPTA?	EN LA UNIDAD MÉDICA ÚNICAMENTE SE CUENTA CON UNA SALA DE HEMODINAMIA Y ÚNICAMENTE OPERA EN LOS TURNOS MATUTINO Y VESPERTINO
52	4	APENDICE T21 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA / DOCUMENTAL"	SE MENCIONA: APENDICE T21 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA / DOCUMENTAL" (PRESENTAR FORMATO EN PDF Y EXCEL EDITABLE) SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA AGREGAR FILAS Y COLUMNAS EN EL FORMATO T21 PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICO DOCUMENTAL, DEBIDO A QUE HAY DESCRIPCIONES QUE SE COMPONEN DE DOS O MÁS CÓDIGOS, Y EL CONSIDERAR SOLO UNA FILA POR DESCRIPCIÓN HARÍA QUE LA REVISIÓN POR PARTE DE LA CONVOCANTE RESULTARA CONFUSA.	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE AL FORMATO ESTABLECIDO
53	5	CONV_T112 3.12. FIRMA DE CONTRATO.	SE MENCIONA: EL (LOS) LICITANTE (S) ADJUDICADO(S) DEBERÁ(N) FIRMAR EL(LOS) CONTRATO(S), EN LA FECHA Y HORA PREVISTOS EN EL FALLO, O EN SU DEFECTO, DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 67 DE LA LAASSP Y 84 DEL RLAASSP; SE ELABORARÁ Y FORMALIZARÁ UN CONTRATO POR CADA PARTIDA Y PROVEEDOR ADJUDICADO.	CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO A) VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN Y EJERCICIO PRESUPUESTAL AL





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL TIEMPO DE INICIO DEL CONTRATO SERA A LOS 60 DÍAS NATURALES DESPUES DE FALLO, DEBIDO A QUE EL PLAZO DE ENTREGA PARA ALGUNOS EQUIPOS POR PARTE DE LOS FABRICANTES REQUIERE UN MAYOR TIEMPO. ¿ES CORRECTO?	QUE CORRESPONDA., DEL ANEXO 26 (VEINTISEIS) TERMINOS Y CONDICIONES, LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN SERÁ A PARTIR DEL DÍA NATURAL POSTERIOR AL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025, O AL AGOTAR EL IMPORTE MÁXIMO DEL CONTRATO SIN LA NECESIDAD DE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA
54	6	ANEXO TECNICO 6 ASISTENCIA TÉCNICA.	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SERA NECESARIO ENTREGAR JUEGOS DE PROTECCION RADIOLOGICA. EN CASO DE QUE DE SER AFIRMATIVO NOS CONFIRME LA CANTIDAD Y NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEMOS CONSIDERARLO DENTRO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ¿ES CORRECTO?	EL INSTITUTO CUENTA CON SU PROPIO EQUIPO DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL
55	7	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE LOS BIENES REQUIERAN ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE USO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MISMOS, ÉSTOS PODRÁN PRESENTARSE EN EL IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES, ACOMPAÑADOS DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, PUDIENDO APLICAR ESTA SOLO PARA EL TEXTO ESPECÍFICO NECESARIO PARA FINES DE REFERENCIA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
56	8	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA: BCB2 AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038". PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB2 AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.021" A 0.038". CON EL FIN DE OFERTAR UNA MAYOR CANTIDAD DE MEDIDAS A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
57	9	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA BCB109: INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 O 16 Ó 25 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB109 INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 Ó 23 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11FR. YA QUE SON LAS MEDIDAS COMERCIALIZADAS EN MÉXICO ACTUALMENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
58	10	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA: BCB71 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM HASTA 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA DESCRIPCIÓN CORRECTA A OFERTAR ES: BCB71 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE YA QUE NO SE FABRICAN CUERDAS DE POLITETRAFLUORETILENO EN MEDIDAS MAYORES A 260 CM ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
59	11	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA: BCB61 CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: FEMORAL DERECHA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB61 CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 CM. TIPO: FEMORAL DERECHA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. DEBIDO A QUE ACTUALMENTE EN MÉXICO SOLO SE MANEJA LA LONGITUD DE 100CM PARA ESTAS CURVAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
60	12	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA: BCB62 CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 O 110 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB62 CATÉTERES PARA ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. YA QUE EN MÉXICO ACTUALMENTE SOLO SE COMERCIALIZA LA	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			MEDIDA DE 100 CM PARA ESTAS CURVAS. ¿SE ACEPTA?	
61	13	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA BCB115: INTRODUCOR DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA RADIAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 4, 5 Y 7 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032" CON RECUBRIMIENTO OPCIONAL HIDROFÍLICO, TEFLONADO O SEMIHIDROFÍLICO. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR UN INTRODUCOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, YA QUE, AL TRATARSE DE UN PROCEDIMIENTO RADIAL, ESTE RECUBRIMIENTO REDUCE EL TRAUMA DEL VASO SANGUINEO, CUALQUIER RECUBRIMIENTO DIFERENTE AL HIDROFÍLICO PUEDE RESULTAR CONTRAPRODUCENTE PARA EL PACIENTE. ¿ES CORRECTO?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
62	14	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA: BCB73 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM HASTA 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE O GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035 O 0.038 LONGITUD DE 150 O 260 PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE DEBERÁ OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB73 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, O RECTA 0.035" A 0.038" LONGITUD 150CM Y 260CM ESTÉRIL Y DESECHABLE Y GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035 O 0.038 LONGITUD DE 150 O 260 PUNTA ANGULADA O RECTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MEDICO. YA QUE NO SE FABRICAN CUERDAS DE POLITETRAFLUORETILENO EN MEDIDAS MAYORES A 260 CM ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
63	15	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA: BCB63 CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA PARA TÉCNICA RADIAL ASA DE 3, 3.5, 4 Y 5, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD. 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS Y CURVAS PREFORMADAS ESPECIALES PARA RADIAL CATÉTER BILATERAL TIPO TIG Ó ULTIMATE Ó TRAPEASE. PREGUNTA: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB63 CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA PARA TÉCNICA RADIAL ASA DE 3, 3.5, 4 Y 5, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD. 100 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS Y CURVAS PREFORMADAS ESPECIALES PARA RADIAL CATÉTER BILATERAL TIPO TIG Ó ULTIMATE. YA QUE LA CURVA TRAPEASE ACTUALMENTE NO SE ENCUENTRA VIGENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.-----

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
64	16	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA: BCB47 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO). PREGUNTA: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB47 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 140 CM A 146 CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO). ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
65	17	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA: BCB84 CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 175CM Ó 180 Ó 182 A 300CM DE LONGITUD. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB84 CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y LONGITUD ENTRE 182 Y 300 CM. YA QUE SON LAS MEDIDAS ACTUALMENTE COMERCIALIZADAS EN MÉXICO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
66	18	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA: BCB82 CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035" Ó 0.038 Y/O 0.018" LONGITUD DE 145 CM Ó 150 Ó 260 CM. CON PUNTA RECTA O CURVA. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB82 CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.035" Ó 0.038 Y/O 0.018" LONGITUD DE 150 Ó 260 CM. CON PUNTA RECTA O ANGULADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
67	19	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA: BCB124 INTRODUCIDORES. INSERTOR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DIÁMETRO 0.014" A 0.038" CON LONGITUD DE 8, 7 A 9.4 CM, DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) SE MENCIONA BCB123 INTRODUCIDORES. INSERTOR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DIÁMETRO 0.014" A 0.038" CON LONGITUD DE 7 A 9.4 CM, DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: INTRODUCIDORES. INSERTOR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DESECHABLE. (PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
68	20	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA: BCB125 JERINGA CON MANÓMETRO INSUFLADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES DE 1 HASTA 30ATM. Y 20 O 26 CC. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA COVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB125 JERINGA CON MANÓMETRO INSUFLADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES DE 1 HASTA 30ATM. Y 20 CC O 25 ML YA QUE EXISTEN DIFERENTES CARACTERISTICAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA TECNOLOGÍA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
69	21	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA BCB86 CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014 A 0.018" DE DIÁMETRO Y OPCIONALMENTE DE 175CM A 300CM DE LONGITUD. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA DESCRIPCIÓN CORRECTA A OFERTAR ES: BCB86 CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y LONGITUD ENTRE 182 Y 300 CM. YA QUE SON PROCEDIMIENTOS CORONARIOS Y SE REQUIERE QUE LOS DISPOSITIVOS TENGAN INDICACIÓN CORONARIA. ¿ES CORRECTO?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
70	22	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA BCB108: INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 14CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8FR. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB108 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 11CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8FR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
71	23	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA: BCB52 CATÉTERES ANGIOGRÁFICO NIH O MULTIPROPÓSITO CALIBRE, 5F Y 6F DE 65 A 110 CM DE LONGITUD. Y PIGTAIL PREGUNTA: CON EL PROPOSITO DE PODER OFERTAR MAS MEDIDAS EN BENEFICIO DEL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE DEBERA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: CATÉTERES ANGIOGRÁFICO NIH Y MULTIPROPÓSITO Y PIGTAIL, CALIBRE EN UN RANGO DE 5F A 6F DE 65 A 110 CM DE LONGITUD ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
72	24	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA: BCB152 SISTEMAS OCLUSORES PARA EL CIERRE PERCUTÁNEO DE DEFECTOS SEPTALES DE ALEACIÓN DE NÍQUEL Y TITANIO, Y/O CON TRATAMIENTO CERAMICO, CON DISCOS DE RETENCIÓN PROXIMAL Y DISTAL AL DEFECTO CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. COMPATIBLE CON SISTEMA DE LIBERACIÓN	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

FO-CON-08

15 / 63



2025
Año de
La Mujer
Indígena



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			DE 7 A 14FR. DIÁMETROS DE DIVERSOS DIÁMETROS INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN O PREGUNTA: EXISTEN DIFERENTES TECNOLOGÍAS EN EL MERCADO QUE SATISFACEN LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB152 SISTEMAS OCLUSORES PARA EL CIERRE PERCUTÁNEO DE DEFECTOS SEPTALES CON DISCOS DE RETENCIÓN PROXIMAL Y DISTAL AL DEFECTO CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. COMPATIBLE CON SISTEMA DE LIBERACIÓN, DE DIVERSOS DIÁMETROS INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN. ¿SE ACEPTA?	
73	25	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA: BCB148 SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR DE CIA. CALIBRE 7 A 12 FR. LONGITUD 60 A 80 CM. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR MÁS OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 4MM A 40MM E INTERMEDIAS COMPATIBLE CON DISPOSITIVO OFERTADO, INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN O PREGUNTA: DEBIDO A QUE EXISTEN DIFERENTES TECNOLOGÍAS EN EL MERCADO QUE SATISFACEN LA NECESIDAD DE LOS PACIENTES, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB148 SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR DE CIA. MÁS OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER, COMPATIBLE CON DISPOSITIVO LIBERADOR OFERTADO, INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
74	26	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA: BCB150 SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR. 4 A 9FR. MÁS OCLUSOR DE COMUNICACIÓN INTER-VENTRICULAR, DE MALLA DE NITINOL, Y/O TRATAMIENTO CERAMICO, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 4 MM A 24MM E INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN O PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR. MÁS OCLUSOR DE COMUNICACIÓN INTER-VENTRICULAR, DE MALLA DE NITINOL, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 4 MM A 20MM E INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
75	27	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA: BCB149 SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR. 4 A 9FR. MÁS OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL PARA FORAMEN OVAL PERMEABLE, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 18 MM A 35MM E INTERMEDIAS A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN . PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB149 SISTEMA LIBERADOR PARA OCLUSOR. INCLUYE CABLE, CAMISA Y CARGADOR. MÁS OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL PARA FORAMEN OVAL PERMEABLE, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. MEDIDAS 18 MM A 35MM E INTERMEDIAS A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA POR TIPO DE LESIÓN . ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
76	28	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA: BCB113 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 25 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB113 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 23 CM Y CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11FR ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
77	29	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA BCB1: AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 5 Y 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038". PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAT: BCB1 AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES O VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD DE 4 A 7.0 CM CALIBRE. 18 G A 21 G PARA GUÍA DE 0.021" A 0.038". CON EL FIN DE OFERTAR MAYOR MEDIDAS A ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
78	30	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA: BCB112 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 25 CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB112 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL ENTRE 10 Y 23 CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8 FR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
79	31	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA: BCB42 CATÉTER PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS HEAD-HUNTER, COBRA, VERTEBRAL, SMI, JB, SIMMONS, MULTIPROPÓSITO, PIGTAIL CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Y 6 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			PERIFÉRICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPÓSITO Y PIGTAIL, ENTRE 100 Y 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UNA MAYOR CANTIDAD DE CURVAS NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB42 CATÉTER PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIAS PERIFÉRICAS HEAD-HUNTER, COBRA, VERTEBRAL, JB2, SIMMONS, MULTIPROPÓSITO, PIGTAIL CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL EN UN RANGO DE 4 A 5 FR., LONGITUD 100 Ó 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. O CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS, CURVA H1, JB1, JB2, SIDEWINDER (SIM1, SIM2, SIM3), MULTIPROPÓSITO Y PIGTAIL, ENTRE UN RANGO DE 100 A 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE EN UN RANGO DE 4 A 5FR. ¿SE ACEPTA?	
80	32	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA: BCB121 INTRODUCIDORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA FEMORAL, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CM CALIBRE. 5 A 8 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.038" PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BCB121 INTRODUCIDORES DE CATÉTER ARTERIAL POR TÉCNICA FEMORAL, LONGITUD OPCIONAL DE 10 A 23 CM CALIBRE EN UN RANGO DE 5 A 8 FR. CON GUÍA VASCULAR 0.035 A 0.038". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
81	33	T1.A BIENES DE CONSUMO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTOS DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA: BCB85 CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 175CM Ó 180 Ó 182 A 300CM DE LONGITUD. Ó CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.018" Ó 0.035" Ó 0.038 " LONGITUD DE 145 CM Ó 150 Ó 260 CM. CON PUNTA RECTA O CURVA. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR AMBAS TECNOLOGÍAS SOLICITADAS Y NOS CONFIRME QUE SE DEBERA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BCB85 CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE E INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 182 A 300CM DE LONGITUD. Y CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.018" Ó 0.035" Ó 0.038 " LONGITUD DE 150 Ó 260 CM. CON PUNTA RECTA O ANGULADA. ¿ES CORRECTO?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
82	34	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.806 BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS MEDIDAS DE 2.0 A 4.0 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 10 MM A 30 Ó 40 MM DE LONGITUD O BALON CORONARIO CON MEDICAMENTO PACLITAXEL DE 2.0 A 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUDES DE 80 MM, 100 MM, 120 MM Y 150 MM.	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE SE ELIMINE LA SEGUNDA DESCRIPCIÓN "60.01.806 BALON CORONARIO CON MEDICAMENTO PACLITAXEL DE 2.0 A 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUDES DE 80 MM, 100 MM, 120 MM Y 150 MM." YA QUE LAS MEDIDAS DEL LARGO CORRESPONDEN A UN BALÓN PERIFÉRICO Y NO AL BALÓN CORONARIO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	
83	35	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.840 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO DE ALTA PRESIÓN, DE 1.20 A 4.0 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150 CM DE LARGO, CON SISTEMA MONTADO EN GUÍA "OVER THE WIRE". PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.840 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO DE ALTA PRESIÓN, DE 1.20 A 4.5 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 140 A 146 CM DE LARGO, CON SISTEMA MONTADO EN GUÍA "OVER THE WIRE". DEBIDO A QUE SON LOS LARGOS DE LOS CATÉTERES MANEJADOS EN ESTE TIPO DE BALONES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
84	36	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.865 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, 0.035" LONGITUD OPCIONAL DE 150, 260 Ó 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.865 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, 0.035" LONGITUD OPCIONAL DE 150 Y 260. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DEBIDO A QUE LA MEDIDA DE 300 CM SE ENCUENTRA ACTUALMENTE OBSOLETA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
85	37	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.871 DISPOSITIVO HEMOSTÁTICO PARA CIERRE VASCULAR A BASE DE COLÁGENO O ÁCIDO POLIGLICOLICO O CIERRE VASCULAR CON VAINA INTRODUCIDORA FEMORAL INCLUIDA, UN OBTURADOR, UN PREDILATADOR, ALAMBRE GUÍA Y UN SISTEMA (SIS) PARA EL CIERRE DE 7FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.871 DISPOSITIVO HEMOSTÁTICO PARA CIERRE VASCULAR A BASE DE COLÁGENO Y ACIDO POLIGLICOLICO. LOS CUALES CUMPLEN LA FUNCIÓN DEL CIERRE VASCULAR DE LAS PUNCIÓNES EN LOS PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
86	38	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.881 EXTENSIÓN COAXIAL DE CATÉTER GUÍA CORONARIO DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE 5, 5.5, 6, 7 Y 8FR Ó DE 6 A 8 FR O CATETER GUÍA INTERMEDIO DE 0.057" O EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUIA CORONARIO DE 6FR,	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			LONGITUD PROXIMAL DE 120 A 150 CM PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 60.01.881 CATETER GUÍA INTERMEDIO DE 0.057" O EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUÍA CORONARIO DE 6FR, LONGITUD PROXIMAL DE 150 CM. DEBIDO A QUE EXISTEN DIVERSAS TECNOLOGÍAS EN EL MERCADO. ¿SE ACEPTA?	
87	39	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.883 EXTENSIÓN DE PRESIÓN DE 15CM O EXTENSIÓN DE PRESIÓN DE 15 O 25CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.883 EXTENSIÓN DE PRESIÓN DE 15CM. DEBIDO A QUE ES LA MEDIDA VIGENTE PARA ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
88	40	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.886 EXTRACTOR MANUAL DE TROMBOS PULMONARES 5 FR A 8FR DE 140 A 150CM DE LONGITUD. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 60.01.886 EXTRACTOR MANUAL DE TROMBOS DE VASOS DEL SISTEMA ARTERIAL 6FR DE 140 CM, COMPATIBLE CON GUIA 0.014". CON EL FIN DE OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA COMPATIBLE. ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
89	41	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.898 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 25 A 45CM CALIBRE. 5,6,7 Y 8 FR O INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 25 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA DESCRIPCION CORRECTA A OFERTAR ES LA SIGUIENTE: 60.01.898 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 24 A 45CM CALIBRE. 5,6,7 Y 8 FR E INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 23 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR YA QUE CORRESPONDE A LAS MEDIDAS NECESARIAS DE ESTA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
90	42	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.899 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA PEDIÁTRICO, 4, 5 Y 6 FRENCH, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 14 CMS. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 60.01.899 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA PEDIATRICO, 4, 5 Y 6 FRENCH, LONGITUD 5CM OPCIONAL A 7.5 CMS. YA QUE SON LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES A LA INDICACIÓN PEDIATRICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
91	43	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.900 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CMS. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032". PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.900 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 Ó 23 CMS. CON GUÍA VASCULAR 0.025 A 0.038" ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
92	44	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.907 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 O 16 Ó 25 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE 4 A 14FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.907 INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 11 Ó 23 CM CALIBRE. DENTRO DEL RANGO DE 4 A 11FR. DEBIDO A QUE LA LONGITUD DE 25 CM SE ENCUENTRA OBSOLETA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
93	45	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.908 JERINGA PARA ANGIOCARDIOGRAFÍA, DE 100 A 150 ML DE CAPACIDAD O JERINGA PARA ANGIOCARDIOGRAFÍA, DE 150 ML DE CAPACIDAD PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.908 JERINGA PARA ANGIOCARDIOGRAFÍA, DE 150 ML DE CAPACIDAD ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
94	46	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.921 MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 300 A 370 MG/ML, IOVERSOL O IOPAMIDOL O IOHEXOL O IOPROMIDA O LOBITRIDOL. FRASCO CON 100 ML O IÓNICO DE BAJA OSMOLARIDAD, IOXAGLATO DE SODIO Y MEGLUMINA, CONCENTRACIÓN 320MG/ML, PRESENTACIÓN 100ML. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.921 MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 350 A 370 MG/ML, IOVERSOL O IOPAMIDOL O IOHEXOL O IOPROMIDA O LOBITRIDOL. FRASCO CON 100 ML O IÓNICO DE BAJA OSMOLARIDAD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
95	47	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.945 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO POLÍMERO BIOABSORBIBLE. O PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS O SIROLIMUS, EN PLATINO-CROMO O EN COBALTO-CROMO, CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE. PREGUNTA: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA

FO-CON-08

21 / 63



2025
Año de
La Mujer
Indígena



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS SOLICITADAS, CON EL FIN DE TENER UN MAYOR NUMERO DE OPCIONES PARA TRATAMIENTO DEL PACIENTE. ¿ES CORRECTO?	
96	48	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.948 ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0.014" DE DIÁMETRO. TIPO: PIN-VICE. DESECHABLE O KIT DE VALVULA EN "Y" QUE INCLUYE, VALVULA, ROTOR E INSERTOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR AMBAS TECNOLOGIAS: ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA Y KIT DE VALVULA EN "Y" QUE INCLUYE, VALVULA, ROTOR E INSERTOR. ¿ES CORRECTO?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
97	49	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.961 STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE Y EXPANDIBLES CON BALÓN, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035" O 0.014" O 0.018". (PARA USO VASCULAR GENERAL) O STENT DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES, AUTOEXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TITALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035" O 0.014"(PARA USO VASCULAR GENERAL). SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.961 STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS RADIOPACAS O MARCAS DE TANTALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035"Ó 0.014"Ó 0.018". (PARA USO VASCULAR GENERAL). YA QUE DENTRO DE LA SOLICITUD SE REPITE LA DESCRIPCIÓN. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
98	50	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.970 TUBO PARA MUESTRA DE SANGRE PARA MEDICIÓN DE TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADA. LNCLUVE EQUIPO. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUSAMENTE A LA COVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.970 TUBO PARA MUESTRA DE SANGRE PARA MEDICIÓN DE TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADA O ANALIZADOR CON TECNOLOGIA BASADA EN CUBETA CON CARTUCHO COMPATIBLE. YA QUE EXISTEN DIFERENTES TECNOLOGÍAS EN EL MERCADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
99	51	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.976 CATÉTER PARA ANGIOGRAFÍA Y ARTERIOGRAFÍA POR TÉCNICA PERCUTÁNEA. DE POLITETRAFLUORETILENO, ALTO FLUJO ANGULADO A 145 GRADOS. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD 110 CM CALIBRE 5 A 6 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.976 CATÉTER PARA ANGIOGRAFÍA Y ARTERIOGRAFÍA POR TÉCNICA PERCUTÁNEA. CON PUNTA SUAVE, ANGULADO A 145 GRADOS. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD 110 CM CALIBRE 5 A 6 FR. YA QUE DENTRO DEL MERCADO SE MANEJAN DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES CON LOS QUE SE PRODUCEN ESTOS CONSUMIBLES, SIN AFECTAR EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	
100	52	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.978 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.25 A 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 8 A 30 MM. Y DE 130 A 155CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO) O CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE 1.20 A 4 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. PREGUNTA: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 60.01.978 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DESDE 1.00 HASTA 4.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 6 A 30 MM, Y DE 140 CM A 146 CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO. (OFERTAR TODAS LAS MEDIDAS DE DIÁMETRO). ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
101	53	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.979 CATÉTERES GUÍA TIPO JUDKINS, PARA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON PUNTA SUAVE, ASA DE 3.5, 4.0 Y 5.0 MM DE 6 A 8 FR., DE 100 CM DE LARGO. Y TIPO: AMPLATZ O MP O VODA O LKARI O EBU. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.979 CATÉTERES GUÍA TIPO JUDKINS, PARA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON PUNTA SUAVE, ASA DE 3.5, 4.0 Y 5.0 MM DE 6 A 8 FR., DE 100 CM DE LARGO. Y TIPO: AMPLATZ O MP O IKARI O EBU. YA QUE LA CURVA VODA SE ENCUENTRA DESCONTINUADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
102	54	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.981 CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, ASA DE 3.5, 4 Y 5, CALIBRE 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.981 CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA DERECHA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, ASA DE 3.5, 4 Y 5, CALIBRE 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. YA QUE NO SE MANEJAN LAS MEDIDAS EN 110 CM PARA LAS CURVAS SOLICITADAS EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
103	55	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.982 CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 O 110 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.982 CATÉTERES PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6FR., LONGITUD 100 CM. TIPO: FEMORAL IZQUIERDA ASA DE 3.5, 4 Y 5, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. DEBIDO A QUE LA MEDIDA COMERCIALIZADA EN MÉXICO ES DE 100 CM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
104	56	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.983 CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA, RÍGIDA O DOBLE ESPIRAL CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO Y 175CM A 19 5CM DE LONGITUD. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.983 CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA, RÍGIDA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014" DE DIÁMETRO DE 182CM O 190CM O 300 CM DE LONGITUD. CON EL FIN DE OFERTAR MÁS MEDIDAS PARA ELECCIÓN DEL INTERVENCIONISTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
105	57	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.1057 KIT DE INTRODUTOR RADIAL CON PARED ULTRADELGADA LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25CM DE 5 A 7FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: KIT DE INTRODUTOR RADIAL CON PARED DELGADA O ULTRADELGADA LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25CM DE 5 A 7FR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
106	58	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.894 GUÍA DE PRESIÓN PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR UNA GUIA DE PRESIÓN COMPATIBLE CON EL EQUIPO "10 EQUIPO DE GUÍA DE PRESIÓN PARA CÁLCULO DE FLUJO DE RESERVA FRACCIONAL" CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 60.01.894 GUÍA DE PRESIÓN. DE .014 POR 185 CM DE LONGITUD CON PUNTA DE MEDICIÓN DE LA RESERVA DE FLUJO CORONARIO FRACCIONAL. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBERÁN OFERTAR GUÍA DE PRESIÓN COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE GUÍA DE PRESIÓN PARA CÁLCULO DE FLUJO DE RESERVA FRACCIONAL
107	59	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.839 CATÉTER PARA ADQUISICIÓN DE IMAGEN PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR UNA GUIA DE PRESIÓN COMPATIBLE CON EL EQUIPO "7 EQUIPO PARA	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA

FO-CON-08

24 / 63



2025
Año de
La Mujer
Indígena



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			TOMOGRFIA DE COHERENCIA OPTICA (OCT).INTRA VASCULAR" CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: 60.01.839 CATETER PARA ADQUISICION DE IMAGENES EN (OCT) TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA INTRA VASCULAR ¿ES CORRECTO?	
108	60	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.923 MICROCATETER PARA LA OCLUSION CRONICA. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL MICROCATETER A OFERTAR DEBE SER DE INDICACION CORONARIA. ¿ES CORRECTO?	QUEDA CONTESTADO CON LAS ACLARACIONES GENERALES REALIZADAS AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA
109	61	ANEXO TECNICO 4.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO	SE MENCIONA: 60.01.920 MANTAS PARA CALENTAMIENTO INTRAOPERATORIAS PARA LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO Y MANTAS PARA POST OPERATORIO DE ACCESO MULTIPLE. INCLUYE EQUIPO PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A AL CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS CONSIDERAR EN LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL EQUIPO RELACIONADO AL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO 60.01.920. ¿ES CORRECTO?	SI, SIEMPRE Y CUANDO OFERTE UNA CLAVE QUE REQUIERA EL EQUIPO.
110	62	T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO DE SMI PARA HERI	SE MENCIONA: 3 DESFIBRILADOR-MONITOR -MARCAPASO FUENTE PARA MARCAPASOS CARDIACO TEMPORAL PREGUNTA:CREEMOS QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE UNIERON LOS NOMBRES DE DOS EQUIPOS DIFERENTES EN EL APENDICE T11 "DESFIBRILADOR-MONITOR MARCAPASO Y FUENTE PARA MARCAPASOS CARDIACO TEMPORAL"; POR LO QUE, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL NOMBRE CORRECTO DEL EQUIPO 3 ES "DESFIBRILADOR-MONITOR MARCAPASO" Y QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR CANTIDAD DE "1". ASI MISMO, NOS CONFIRME QUE EL OTRO EQUIPO A COTIZAR, EQUIPO 9 ES "FUENTE PARA MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL" SE DEBERA COTIZAR EN CANTIDAD "1". ¿ES CORRECTO?	QUEDA CONTESTADO CON LAS ACLARACIONES GENERALES REALIZADAS AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA
111	63	APENDICE T2. CATÁLOGO EQUIPO MÉDICO DEL SMI PARA HERI	SE MENCIONA: 3 DESFIBRILADOR-MONITOR -MARCAPASO PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCION EN LOS SIGUIENTES PUNTOS MENCIONADOS, YA QUE EXISTEN DISTINTAS TECNOLOGIAS Y CADA FABRICANTE DESCRIBE SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DIFERENTE MANERA SIN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2.1 AMPLITUD DE ECG AJUSTABLE Y GANANCIA AUTOMÁTICOS Ó AMPLITUD DE PULSO: SELECCIONABLE, E INICIO AUTOMÁTICO DE LA OBTENCION DEL ECG 2.2 "VOLUMEN INDIVIDUAL AJUSTABLE DEL INDICADOR SONORO DE	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			QRS Ó AJUSTE DE VOLUMEN DISPONIBLE CON DISTINTOS TIPOS DE SONIDOS: •TECLA PULSADA • SINCRONIZACIÓN (QRS, PULSO, FRECUENCIA CARDÍACA, SPO2) • MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA COMPLETA •PROCESO DE CARGA DE ENERGÍA •CARGA DE ENERGÍA COMPLETA • RCP" 2.3 BATERÍA DE ION-LITIO DE LARGA DURACIÓN Ó BATERÍA, TIPO: INTERNA, RECARGABLE DE NI-MH. CON UNA BATERÍA NUEVA COMPLETAMENTE CARGADA, A 20° C: AL MENOS 100 DESCARGAS 2.4 MONITORIZACIÓN MEDIANTE ELECTRODOS DE DESFIBRILACIÓN Ó ELECTRODOS DESECHABLES PARA MONITOREO DE ECG 2.5 MONITORIZACIÓN DE ECG CON 3 Y 6 PUNTAS. 2.6 "ECG 12 DERIVACIONES Ó ECG: 8 DERIVACIONES DE ECG DISPONIBLES PARA DESPLIEGUE: DESDE PALAS INTERNAS O EXTERNAS •DI, DII, DIII, (CON CABLE DE PACIENTE) •AVR, AVL, AVF (CON CABLE DE PACIENTE) •DOS PRECORDIALES V (V1 A V6)" 2.9 MARCAPASOS NO INVASIVO Ó MARCAPASOS EXTERNO TRANSCUTÁNEO ¿SE ACEPTA?	
112	64	APÉNDICE T2. CATÁLOGO EQUIPO MÉDICO DEL SMI PARA HERI	5 EQUIPO DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES CON EL FIN DE OFERTAR UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA SOLICITADA: 5.1 EQUIPO RODABLE. 5.2 MONITOR DE ALTA RESOLUCIÓN DE (1920 PX X 1080 PX) CON PUERTO HDMI. 5.3 PERMITE A EVALUAR EL TAMAÑO DE LA LESIÓN Y LA MORFOLOGÍA DE LA PLACA Y COMPROBAR LOS FACTORES PREDICTIVOS DEL FALLO DEL STENT CON IVUS." 5.4 POSIBILIDAD DE UTILIZAR GUÍAS DE PRESIÓN PARA MEDIR FLUJO FRACCIONARIO RESIDUAL EN EL MISMO EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
113	65	APÉNDICE T2. CATÁLOGO EQUIPO MÉDICO DEL SMI PARA HERI	SE SOLICITA: 7 EQUIPO PARA TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA (OCT).INTRAVASCULAR PREGUNTA: LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS DEL PRESENTE EQUIPO CORRESPONDEN A UNA TECNOLOGÍA QUE ACTUALMENTE YA SE ENCUENTRA DESCONTINUADA, POR CONSIGUIENTE LA DOCUMENTACIÓN REGULATORIA NO SE PODRÁ CUMPLIR. POR LO QUE SOLICITAMOS REPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE TODOS LOS LICITANTES DEBEMOS DE OFERTAR LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES TECNICAS QUE CORRESPONDEN A LA NUEVA TECNOLOGÍA: 7.1 SISTEMA DE IMAGEN INTRAVASCULAR POR MEDIO DE TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA ESTÁ COMPUESTO POR UN	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.-----

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			CARRO (COMPUTADORA INTEGRADA, MOTOR ÓPTICO ETC.) 7.2 CONTIENE MOTOR, PC, MONITORES Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN. CONEXIÓN DE VIDEO PARA MONITOR BOOM. CONEXIÓN PARA SISTEMA DE ANGIOGRAFÍA. SERVIDOR DICOM# A TRAVÉS DE ETHERNET. TIPO DE SALIDA DE VIDEO: DIGITAL (DVI O HDMI), ANALÓGICO (BNC-1 O BNC-3). RESOLUCIÓN DE VIDEO: MÍNIMO DE 1024X1024, MÁXIMO 1920X1200. VELOCIDAD DE FOTOGRAFÍAS: 15-30 FPS. MONOPLANO. 7.3 CONTROLADOR DE MESA INALÁMBRICO (TSC) PARA EL CONTROL TOTAL DE LA TOMA DE IMÁGENES Y ANÁLISIS AL LADO DE LA CAMA 7.4 CORRIDA DE OCT DE MENOS DE 3 SEGUNDOS ¿SE ACEPTA?	
114	66	APÉNDICE T2. CATÁLOGO EQUIPO MÉDICO DEL SMI PARA HERI	SE MENCIONA: 10 EQUIPO DE GUÍA DE PRESIÓN PARA CÁLCULO DE FLUJO DE RESERVA FRACCIONAL 10.1 EQUIPO DE GUÍA DE PRESIÓN PARA CÁLCULO DE FLUJO DE RESERVA FRACCIONAL PARA GUÍA CALIBRE 0.014 CON TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INTEGRADO PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRICIÓN CON EL FÍN DE PODER REFERENCIAR LA CARACTERISTICA EN CATÁLOGO DE LA MARCA A OFERTAR. 10.1 EQUIPO DE GUÍA DE PRESIÓN PARA CÁLCULO DE FLUJO DE RESERVA FRACCIONAL PARA GUÍA CALIBRE 0.014 CON SENSOR DE PRESIÓN INTEGRADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
115	67	APÉNDICE T2. CATÁLOGO EQUIPO MÉDICO DEL SMI PARA HERI	SE MENCIONA: 12 BOMBA DE CONTRA PULSACIÓN PARA INTRA/AORTICO PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRICIÓN EN LOS SIGUIENTES PUNTOS MENCIONADOS, YA QUE EXISTEN DISTINTAS TECNOLOGÍAS Y CADA FABRICANTE DESCRIBE SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DIFERENTE MANERA SIN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO 12.1 "1 BOMBA DE CONTRA PULSACIÓN PARA BALÓN INTRA-AÓRTICO, EL BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN INTRAÓRTICA (BCIA) APLICA UN TRATAMIENTO DE CONTRAPULSACIÓN A PACIENTES ADULTOS CON TRASTORNOS DE LA FUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA (VI). PROPORCIONA ASISTENCIA HEMODINÁMICA PARA MANTENER LA PRESIÓN SANGUÍNEA Y REDUCIR EL TRABAJO CARDÍACO MEDIANTE EL PRINCIPIO DE DESPLAZAMIENTO DE VOLÚMENES" 12.2 "MONITOR: 1. PANTALLA TÁCTIL DE ALTA DEFINICIÓN, QUE INCLUYE LA CONFIRMACIÓN PARA INICIAR UNA INTERVENCIÓN. 2. RITMO CARDÍACO CON VALORES HEMODINÁMICOS ASISTIDOS Y NO ASISTIDOS, SE MUESTRA	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

FO-CON-08

27 / 63



2025
Año de
La Mujer
Indígena



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			CLARAMENTE EN DIFERENTES COLORES 3. AJUSTE DEL VOLUMEN DE BALÓN EN INCREMENTOS DE 0,5 CC 4. RESUMEN DE LA HEMODINÁMICA DEL PACIENTE CON UN SOLO BOTÓN (RESPUESTA A LA TERAPIA CON IABP) Y PARÁMETROS HEMODINÁMICOS. GRAFICAS CON SOLO PULSAR UNA TECLA Y CAPACIDAD DE IMPRIMIR DIFERENTES REPORTES." 12.3 "MODOS DEL SISTEMA: MODO AUTOPILOT: – SELECCIONA AUTOMÁTICAMENTE LA SEÑAL, LOS ORÍGENES, EL MODO DE DISPARO Y EL MÉTODO DE SINCRONIZACIÓN DEL ECG/AP ASÍ COMO TAMBIÉN LOS PARÁMETROS DE SINCRONIZACIÓN. – CAMBIA AUTOMÁTICAMENTE LOS PARÁMETROS PARA OPTIMIZAR LA ASISTENCIA."	
116	68	APÉNDICE T2. CATÁLOGO EQUIPO MÉDICO DEL SMI PARA HERI	CONTINUACIÓN DE LA PREGUNTA ANTERIOR: 12.4 "• INTERRUPTOR ILUMINADO VISIBLE A 360° QUE INDICA ALARMAS DE LA BOMBA Y EL NIVEL DE PRIORIDAD" 12.7 • IMPRESIÓN DEL ESTADO DEL TRATAMIENTO DE CONTRAPULSACIÓN 12.8 • MONITORIZAR Y OPTIMIZAR LA SINCRONIZACIÓN DEL INFLADO Y DEL DESINFLADO DEL BALÓN. 12.9 "• SELECCIONA E INTERCAMBIA LAS FUENTES DE LAS SEÑALES DE ECG Y PA, ASÍ COMO EL MODO DE ACTIVACIÓN Y LA SINCRONIZACIÓN, BASÁNDOSE EN LOS DATOS ACTUALES DEL PACIENTE Y DEL BCIA." 12.11 "• RITMO CARDÍACO CON VALORES HEMODINÁMICOS ASISTIDOS Y NO ASISTIDOS, SE MUESTRA CLARAMENTE EN DIFERENTES COLORES" 12.12 • ALARMA INDICADOR DE: CARGA DE LA BATERÍA, CONTENIDO DEL TANQUE DE HELIO. 12.13 • SISTEMA PARA PURGA DE CONDENSADOS AUTOMÁTICO. 12.14 "• EL SISTEMA TERMOELÉCTRICO ELIMINA LA HUMEDAD DEL SISTEMA NEUMÁTICO DE MANERA CONTINUA Y AUTOMÁTICA SIN INTERRUMPIR LA CONTRAPULSACIÓN.. 12.15 "• AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE EL VOLUMEN A PARTIR DEL CONECTOR DEL BIA. CUANDO SE REQUIEREN CAMBIOS DE VOLUMEN, PERMITE AL USUARIO AJUSTAR DE MANERA PRECISA EL VOLUMEN QUE SE VA A SUMINISTRAR AL BIA EN INCREMENTOS DE 0,5 CC."	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			12.17 • EL ALGORITMO INTEGRADO MONITORIZA LA FORMA DE ONDA DE PA, O LAS FORMAS DE ONDA DE ECG Y PA, PARA AJUSTAR LA SINCRONIZACIÓN DEL INFLADO EN TIEMPO REAL. 12.18 • REQUISITOS DE CA: 90 A 264 VCA 47 A 63 HZ ¿SE ACEPTA?	
117	69	APÉNDICE T2. CATÁLOGO EQUIPO MÉDICO DEL SMI PARA HERI	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LOS SIGUIENTES EQUIPOS DEBEN SER ELIMINADOS DEL REQUERIMIENTO, YA QUE, NO SE ESTA SOLICITANDO PROCEDIMIENTOS DE ELECTROFISIOLOGÍA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA O NO SE ESTA SOLICITANDO LOS CONSUMIBLES CORRESPONDIENTES A LOS EQUIPOS MENCIONADOS, LO QUE PODRÍA ENCARECER INNECESARIAMENTE LA COTIZACIÓN: 1 POLÍGRAFO PARA ESTUDIOS HEMODINÁMICOS. 4 ECOCARDIOGRAFO TRIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR. 6 EQUIPO PARA MAPEO TRIDIMENSIONAL. 8 ESTIMULADOR CARDIACO. 11 UNIDAD DE ELECTROCIURUGÍA PARA TERMOFUSIÓN DE VASOS. ¿ES CORRECTO?	QUEDA CONTESTADO CON LAS ACLARACIONES GENERALES REALIZADAS AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA
118	70	T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO DE SMI PARA HERI	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LOS EQUIPOS QUE DEBERAN CONSIDERARSE PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA SON LOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO APENDICE T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO DE SMI PARA HERI Y ESTOS DEBERAN DE PRESENTARSE EN EL APENDICE T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA HERI ¿ES CORRECTO?	QUEDA CONTESTADO CON LAS ACLARACIONES GENERALES REALIZADAS AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA
119	71	TERM Y COND ES FECHA DE FABRICACION	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA H. CONVOCANTE, QUE EN CASO DE OFERTAR EQUIPOS USADOS DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA A FIN DE COMPROBAR QUE LOS EQUIPOS SON FUNCIONALES Y SE ENCUENTRAN EN PERFECTAS CONDICIONES DE OPERACIÓN PODREMOS PRESENTAR "DICTAMEN TÉCNICO" Y/O UNA ORDEN DE SERVICIO Y/O BITÁCORA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ESTE DOCUMENTO PODRÁ SER EXPEDIDO POR EL LICITANTE, YA QUE ES EL QUE BRINDA LOS MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO EL LICITANTE ACREDITE ENCONTRARSE CERTIFICADO PARA BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS, O BIEN, CON LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL SE VISUALICE EL GIRO PARA BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
				EQUIPOS MÉDICOS,
120	72	ANEXO TECNICO 2.3.1	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS REGISTROS SANITARIOS DE EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE NO SE ENCUENTREN DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA SEÑALADO EN EL MISMO, CONFORME AL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR: 1) COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRÓRROGA. 2) COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
121	73	ANEXO TECNICO 2.3.1	ES CORRECTO ENTENDER QUE, EN EL CASO DE QUE ALGÚN EQUIPO, INSTRUMENTAL Y/O BIENES DE CONSUMO (BÁSICO O COMPLEMENTARIO), DE ORIGEN NACIONAL O INTERNACIONAL, EL LICITANTE ADVIERTA QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, DEBERÁ PRESENTAR UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES: A) CARTA DE LA COFEPRIS EN LA QUE SE INDIQUE QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, O B) "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF) EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014, EN EL QUE IDENTIFIQUE AQUELLOS QUE OFERTE DEBIDAMENTE REFERENCIADO. SIN SER NECESARIO PRESENTAR ALGÚN OTRO CERTIFICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
122	74	TERMINOS Y CONDICIONES, AVISO DE IMPORTACIÓN	EN EL CASO DE OFERTAR EQUIPAMIENTO NUEVO O USADO, DADO QUE LA IMPORTACIÓN DE ESTE TIPO DE PRODUCTOS NO ESTÁ SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE UN AVISO DE IMPORTACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA POR NO SER PRODUCTOS SIDERÚRGICOS O MÁQUINAS TRAGAMONEDAS, PARA CUBRIR CABALMENTE ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTAS FACTURAS DE LOS EQUIPOS EN LAS CUALES SE INDICAN LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACION CUANDO ESTOS SEAN EQUIPOS IMPORTADOS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA

LICITANTE: SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
123	1	ANEXO TECNICO, 4.2.1., PAGINA 18	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR SOLO EL ANVERSO DE LOS REGISTROS SANITARIOS DADO QUE EL REVERSO SOLO CONTIENE LA LEYENDA "SIN TEXTO", POR TANTO NO CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE APOORTE	SE ACEPTA

FO-CON-08

30 / 63





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			VALOR Y SOLO AUMENTA EL PESO DE LOS ARCHIVOS INECESARIAMENTE, ¿SE ACEPTA?	
124	2	ANEXO TECNICO, 4.2.1., PAGINA 18	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ARCHIVO CONSOLIDADO DE CATALOGOS, ARCHIVO CONSOLIDADO DE REGISTROS SANITARIOS, ARCHIVO CONSOLIDADO DE CERTIFICADOS DE CALIDAD, DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, PARA FACILITAR SU REVISION, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO EXHIBA LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL ANEXO 25 (VEINTICINCO) ANEXO TECNICO Y ANEXO 26 (VEINTISEIS) TERMINOS Y CONDICIONES, DE LA CONVOCATORIA
125	3	ANEXO TECNICO, 4.2.1., PAGINA 18	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA EN SENTIDO NETIGATIVA SOLICITAMOS RECONSIDERE SU RESPUESTA DADO QUE LA PLATAFORMA SOLO PERMITE CARGAR ARCHIVOS EN FORMATO PDF, EXCEL Y WORD, POR LO QUE NO ES POSIBLE SUBIR CARPETAS, FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO	QUEDA CONTESTADA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA INMEDIATA ANTERIOR
126	4	ANEXO TECNICO, SUBPARTIDA 60.01.808	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION DEL INSUMO CONSUMIBLE Y NO DEL EQUIPO, YA QUE SOLO HACE MENCIÓN QUE SE DEBERA PROPORCIONAR AL MOMENTO DE USAR EL INSUMO CONSUMIBLE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN TANTO DEL INSUMO CONSUMIBLE, COMO DEL EQUIPO
127	5	ANEXO TECNICO, SUBPARTIDA 60.01.845	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION DEL INSUMO CONSUMIBLE Y NO DEL EQUIPO, YA QUE SOLO HACE MENCIÓN QUE SE DEBERA PROPORCIONAR AL MOMENTO DE USAR EL INSUMO CONSUMIBLE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN TANTO DEL INSUMO CONSUMIBLE, COMO DEL EQUIPO
128	6	ANEXO TECNICO, SUBPARTIDA 60.01.970	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION DEL INSUMO CONSUMIBLE Y NO DEL EQUIPO, YA QUE SOLO HACE MENCIÓN QUE SE DEBERA PROPORCIONAR AL MOMENTO DE USAR EL INSUMO CONSUMIBLE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN TANTO DEL INSUMO CONSUMIBLE, COMO DEL EQUIPO
129	7	ANEXO TECNICO, SUBPARTIDA 60.01.1085	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION DEL INSUMO CONSUMIBLE Y NO DEL EQUIPO, YA QUE SOLO HACE MENCIÓN QUE SE DEBERA PROPORCIONAR AL MOMENTO DE USAR EL INSUMO CONSUMIBLE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN TANTO DEL INSUMO CONSUMIBLE, COMO DEL EQUIPO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
130	8	TERMINOS Y CONDICIONES, PUNTO IV	SOLICITAN: E.2 FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES COMPLETOS, ENTRE OTROS, EN CUYO CASO DEBERÁN APLICAR PARA COMPROBAR Y CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA IDENTIFICACIÓN CORRECTA DE LA DOCUMENTACIÓN, BASTARÁ CON INDICAR LA CLAVE CLVSI PARA LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN.	DEBERÁN COLOCAR LA CLAVE Y DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS
131	9	APENDICE T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO DEK SMI PARSA HERI	SOLICITAN: INSUMO 60.01.1068 STENT LIBERADOR DE FÁRMACO BIOLIMUS A9, O STENT/ANDAMIO BIO ABSORBIBLE LIBERADOR DE FÁRMACO SIROLIMUS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR STENT BIOABSORBIBLE LIBERADOR DE FÁRMACO SIROLIMUS, EVEROLIMUS O ZOTAROLIMUS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
132	10	APENDICE T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO DEK SMI PARSA HERI	SOLICITAN: INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONGITUD OPCIONAL DE 10 Ó 16 Ó 25 CMS. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA 4,5,6,7, 8 FRENCH, LONGITUD OPCIONAL DE 10 O 16 Ó 25 CM. CON GUÍA VASCULAR 0.032" A 0.038". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
133	11	ANEXO TÉCNICO, 4.1 BIENES DE CONSUMO BÁSICO	SOLICITAN: SE REQUIERE PRESENTAR EL CONTENIDO REFERENCIADO DE LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS O REFERENCIA GRÁFICA DE LOS BIENES DE CONSUMO, Y EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN, DEBERÁ PRESENTAR SU TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, ACEPTANDO ÚNICAMENTE LA PORTADA DEL DOCUMENTO SUSTENTO DE LA REFERENCIA. ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA IDENTIFICACIÓN CORRECTA DE LA DOCUMENTACIÓN, BASTARÁ CON INDICAR LA CLAVE DEL PROCEDIMIENTO Y LA CLAVE DEL BIEN DE CONSUMO BASICO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN.	DEBERÁN COLOCAR LA CLAVE Y DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL PROCEDIMIENTO Y LA CLAVE DEL BIEN DE CONSUMO BASICO
134	12	APENDICE T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO DEK SMI PARSA HERI	SOLICITAN: INSUMO 60.01.944 PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) CON: REVESTIMIENTO DE EVEROLIMUS EN PLATINO CROMO, ZOTAROLIMUS EN CROMO COBALTO, EVEROLIMUS EN CROMO COBALTO. CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS EN DIVERSAS MEDIDAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT MEDICADO) EN PLATINO CROMO CON LIBERACIÓN DE EVEROLIMUS EN DIVERSAS MEDIDAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
135	13	APENDICE T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO DEK SMI PARSA HERI	SOLICITAN: INSUMO 60.01.941 PAQUETE UNIVERSAL DE ROPA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO BASTARÁ QUE EL PAQUETE UNIVERSAL DE ROPA ESTE INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3 BATAS QUIRURGICAS CON TOALLA DE SECADO, 1 SABANA DE MESA DE RIÑON CON REFUERZO, 1 SABANA PARA CORONARIOGRAFIA CON REFUERZO, 1 BUDINERA DE 2000 ML, 4 CAMPOS QUIRURGICOS ABSORBENTES CON CINTA ADHESIVA, 1 BUDINERA DE 1000 ML, 2 BUDINERA DE 250 ML. FAVOR DE MANIFESTARSE.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
136	14	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE Y	EN RELACIÓN A LOS RUBROS DE EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERE EL DE NO PERMITIR PRESENTAR CONTRATOS CON	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		CUMPLIMIENTO	SECTOR PRIVADO YA QUE ESTOS CONTRATOS NO PUEDEN SER VERIFICADOS EN SU VERACIDAD Y LEGALIDAD, PUDIENDO SER ELABORADOS DE MANERA DOLOSA CON HOSPITALES, CLÍNICAS U OTRAS EMPRESAS DEL SECTOR SALUD, YA QUE EL "RECONOCIDO PRESTIGIO" NO ES MEDIBLE NI SE TIENE UN REGISTRO NACIONAL DONDE SE CLASIFIQUE ESTE RECONOCIMIENTO, POR LO TANTO PUEDEN SER INEXISTENTES O QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO MARCADO EN LOS SUPUESTOS CONTRATOS. ESTO CON LA FINALIDAD DE CONFUNDIR A LA CONVOCANTE EN LA EVALUACIÓN DE LOS RUBROS ANTES MENCIONADOS. ES POR ESO QUE CON FUNDAMENTO EN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN PUBLICADOS EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 QUE A LA LETRA DICE. SECCION CUARTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS DECIMO. - EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SUJETOS A LA LEY DE ADQUISICIONES, Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS SUJETOS A LA LEY DE OBRAS, DISTINTOS A CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, LA CONVOCANTE DEBERÁ ASIGNAR LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: LA CONVOCANTE DEBERÁ CONSULTAR EN COMPRAS MX EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES O EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS, SEGÚN CORRESPONDA, PARA VERIFICAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITANTES PARA CUMPLIR LOS RUBROS SEÑALADOS EN LOS INCISOS B) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE Y D) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE ESTA FRACCIÓN. EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS EN LA INFORMACIÓN, LA CONVOCANTE NO TOMARÁ EN CUENTA PARA EL OTORGAMIENTO DE PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES, LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE QUE CONTENGAN DICHAS DISCREPANCIAS. ¿SE ACEPTA?	
137	15	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE Y CUMPLIMIENTO	AHORA BIEN, EN CASO DE QUE MI SUGERENCIA SEA NEGATIVA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON SECTOR PRIVADOS SEAN NOTARIZADOS ANTE UN NOTARIO PÚBLICO Y ACOMPAÑADOS CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS TIMBRADAS QUE SE EMITIERON MENSUALMENTE POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, ASÍ MISMO PRESENTAR LOS ESTADOS DE CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE DONDE SE REFLEJE O VERIFIQUE EL PAGO DE DICHAS FACTURAS. ESTO CON LA FINALIDAD QUE LOS CONTRATOS PRIVADOS SEAN EVALUADOS EN CONDICIONES IGUALES O LOS CONTRATOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS. YA QUE UNA SOLA CONSTANCIA O CARTA DEL MISMO NO GARANTIZA LA EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO QUE REQUIEREN LA CONVOCANTE PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA

FO-CON-08

33 / 63



2025
Año de
La Mujer
Indígena



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
138	16	ANEXO TÉCNICO" Y "TÉRMINOS Y CONDICIONES	SE DETECTO UNA DISCREPANCIA CON EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO; POR LO TANTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PRESICE QUE PERIODO ES EL QUE DEBEMOS CONSIDERAR PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES. ¿FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO?	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ A PARTIR A PARTIR DEL DÍA NATURAL POSTERIOR AL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025, O AL AGOTAR EL IMPORTE MÁXIMO DEL CONTRATO SIN LA NECESIDAD DE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA
139	17	CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS EXPLIQUE A QUE SE REFIERE CON VIDA ÚTIL. ¿FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO?	EL PERIODO EN EL CUAL DICHO EQUIPO CUMPLE CON LAS FUNCIONES PARA LO CUAL FUE CREADO O DISEÑADO CON UN DETERMINADO NIVEL DE CONFIABILIDAD
140	18	CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO	DICE: 2.- SI LA LICITANTE ENTREGA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ... PARA EL TEMA DE LOS PROGRAMAS Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, ENTENDEMOS QUE NO APLICARA SI OFERTAMOS EQUIPOS NUEVOS, ESTO POR EL TIEMPO DE LA VIGENCIA DEL SERVICIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
141	19	CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO	DICE: 3. SI EL LICITANTE PRESENTA COPIAS DE LAS FACTURAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS PARA ATENDER EL SERVICIO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CUYA ADQUISICIÓN SE HAYA REALIZADO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 AÑOS.... SI MI REPRESENTADA OFERTADA EQUIPOS NUEVOS NO NOS APLICARÍA ESTE PUNTO, SIN EMBARGO, CON PRESENTAR UN ESCRITO INDICADO QUE LOS EQUIPOS QUE OFERTAMOS SON NUEVOS, OBTENDREMOS EL PUNTAJE SEÑALADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
142	20	FORMATOS	ENTENDEMOS QUE LOS FORMATOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN, SERÁN PRESENTADOS AL MOMENTO DE SER ADJUDICADOS O EN EL DESEMPEÑO DEL SERVICIO. T3 REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS MÉDICOS T5 REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO T6 ENTREGA / RECEPCIÓN DE EQUIPOS T7 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO T8 REGISTRO DE ASISTENCIA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO T9 CONTROL SEMANAL DE DOTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS T10 CONTROL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE CONSUMO T13 REPORTE INDIVIDUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE	LOS APÉNDICES QUE TENDRAN QUE SER EXHIBIDOS PARA EFECTOS DE EVALUACIONES SON EL T-16 RELACIÓN DE MARCAS, MODELO Y MANUAL DEL FABRICANTE DEL EQUIPO MÉDICO Y BIENES DE





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NO. CONSECUTIVO DE PREGUNTA	NO. DE PREGUNTA LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			CONSUMO COMPLEMENTARIOS T14 REPORTE DIARIO DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS EN HEMODINÁMICA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA T14.1 NOTIFICACIÓN DE PENA CONVENCIONAL APLICABLE T14.2 NOTIFICACIÓN DE DEDUCTIVAS T15 REPORTE DE INCIDENCIAS T16 RELACIÓN DE MARCAS, MODELO Y MANUAL DEL FABRICANTE DEL EQUIPO MÉDICO Y BIENES DE CONSUMO T18 DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO T20 DESIGNACIÓN DE TÉCNICOS EN SITIO Y SUPERVISOR DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA T26 CONTROL DE PRODUCTIVIDAD MENSUAL, BIENES BÁSICOS Y BIENES CONSUMO COMPLEMENTARIOS DE LA CTSI T32 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD POR LO TANTO, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO CONSIDERARLOS DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	CONSUMO

A continuación y una vez que se revisaron las preguntas y se dio respuesta a las mismas, estas se envían mediante la Plataforma Compras MX a los licitantes registrados para este acto, a fin de que procedan a conocer las mismas, con fundamento a lo previsto en el artículo 46 Fracción II del Reglamento de la Ley, **MANIFESTANDO A LOS LICITANTES QUE TIENE HASTA A LAS 18:15 HRS DEL 09 DE JUNIO DE 2025 PARA QUE PUEDAN FORMULAR PREGUNTAS EXPRESAMENTE EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES GENERALES EMITIDAS POR EL INSTITUTO, A TRAVÉS DE ESTE MEDIO.**

De conformidad con el artículo 43 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Por tratarse de un procedimiento electrónico, para efectos de la notificación y en términos del último párrafo del artículo 50 de la Ley y 49 segundo párrafo de su Reglamento, serán difundidas el mismo día de su celebración en la Plataforma Compras MX, en el cual se indicará que dicha acta se encuentra a su disposición en el citado sistema en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/>

Finalmente, se informa que el **Acto de Presentación y Apertura de Propositiones** se llevará a cabo el día de junio de 2025 a las :00 horas, en la sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Calle Arboledas No. 115 lotes 54 y 55, Zona Industrial La Paz C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente a través de la Plataforma Compras MX, de conformidad con el artículo 47, párrafo quinto, del reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta primera junta, siendo las **12:00 horas**, del día **09 de junio de 2025**.

Esta Acta consta de () **hojas**, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

FO-CON-08

35 / 63



2025
Año de
La Mujer
Indígena



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÁREA O DEPARTAMENTO	REPRESENTANTE Y CARGO	FIRMA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	MTRA. KARLA GUADALUPE LÓPEZ CAMPOS JEFA	
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	LIC. CHRISTIAN MICHEL ROSAS CRUZ JEFE	
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS	DRA. ALMA ITALIA GUERRERO MARTÍNEZ COORDINADORA AUXILIAR DE SEGUNDO NIVEL	
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS	DRA. LESLY AURORA YAÑEZ FUNES COORDINADOR DE AUXILIARES DIAGNÓSTICO DEL H.G.Z. NO. 36, PACHUCA, HIDALGO	
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS	DR. EDGAR ESCAMILLA ROJO MÉDICO NO FAMILIAR	
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	C. ARMANDO SOTO MERINO ENCARGADO DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
LIC. JOSEPE GIOVANNI HERNANDEZ AMAYA ÁREA DE AUDITORÍA, QUEJAS, DENUNCIAS Y RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CUYA FIRMA APARECE AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA	





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.-----

POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS

NOMBRE	FIRMA
NO SE PRESENTARON	

FO-CON-08

37 / 63



2025
Año de
La Mujer
Indígena

FOC
P



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

11. FORMATOS QUE FACILITARÁN Y AGILIZARÁN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
DOCUMENTACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA	
ANEXO 1	ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA
ANEXO 2	ESCRITO DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE
ANEXO 3	ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP
ANEXO 4	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
ANEXO 5	ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)
ANEXO 6	MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA
ANEXO 7	MODELO DE CONTRATO
ANEXO 8	ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE
ANEXO 9	ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX
ANEXO 10	ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES
ANEXO 11	AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO (32-D) ANTE EL IMSS
ANEXO 12	INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL
ANEXO 13	MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.
ANEXO 14	DECLARACIÓN DE NO COLUSIÓN. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
ANEXO 15	PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 16	NOTA OCDE
ANEXO 17	"REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"
ANEXO 18	"REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA

FO-CON-08

38 / 63



2025
Año de
La Mujer
Indígena



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
	DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"
ANEXO 19	RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA
ANEXO 20	AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
ANEXO 21	MANIFESTACIÓN REFERENTE A LOS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, LABORALES, PROFESIONALES, PERSONALES O DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD, O AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS
ANEXO 22	MANIFESTACIÓN REFERENTE A QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE IMPLIQUEN O TENGAN POR OBJETO OBTENER UN BENEFICIO O VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO
ANEXO 23	MANIFESTACIÓN REFERENTE A QUE EN CASO DE RESULTAR GANADOR, NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO
ANEXO 24	MANIFESTACIÓN REFERENTE AL REGISTRO ELECTRÓNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	
ANEXO 25	ANEXO TÉCNICO (EN FORMATO WORD Y PDF).
ANEXO 26	TÉRMINOS Y CONDICIONES (EN FORMATO WORD Y PDF).





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

**ANEXO 15 (QUINCE)
PROPUESTA ECONÓMICA**

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Se solicita enviar el presente documento a través de Plataforma COMPRAS MX en formato editable Excel y en PDF.

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No.

FECHA

DÍA

MES

AÑO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE _____

R.F.C. _____

DOMICILIO: _____

NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS: _____

TELÉFONO: _____

FAX _____

CORREO ELECTRÓNICO _____

LOS BIENES PROPUESTOS SE APEGAN A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL IMSS Y QUE SE INDICAN EN EL REQUERIMIENTO DE LA CONVOCATORIA

PROCEDIMIENTOS MEDICOS INTEGRAL DE HEMODINAMIA Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA

No.	CLVSI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MINIMO SIN IVA	IMPORTE MAXIMO SIN IVA
					SUBTOTAL		
					I.V.A.		
					TOTAL		

FO-CON-08

40 / 63



2025
Año de
La Mujer
Indígena



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO

No.	CLVSI	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA

EXPRESAR EN LETRA LOS IMPORTES MÍNIMOS Y MÁXIMOS TOTALES DE LA PROPOSICION SIN INCLUIR I.V.A. Y QUE LOS PRECIOS COTIZADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROPUESTO SE APEGA A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL IMSS

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL)





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

ANEXO 19 (DIECINUEVE)

RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA

(Se solicita que en el presente documento se indique los folios en que se encuentra cada parámetro en formato PDF)

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

NOMBRE DEL LICITANTE: _____

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Acreditamiento de Personalidad Jurídica. Anexo 1	4.1.1 *			
Dirección de correo electrónico del licitante. Anexo 2	4.1.2			
Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP. Anexo 3	4.1.3 *			
Declaración de Integridad. Anexo 4	4.1.4 *			
Manifiesto de Nacionalidad.	4.1.5*			
Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Anexo 5	4.1.6*			
Convenio de participación conjunta. Anexo 6 (Solamente en caso de que el licitante participe de manera conjunta)	4.1.7*			
Identificación oficial vigente.	4.1.8			
Modelo de Contrato Anexo 7	2.11.			
Domicilio para recibir notificaciones. Anexo 8	4.1.9			

FO-CON-08

42 / 63





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Aceptación de las disposiciones del Plataforma COMPRAS MX. Anexo 9	4.1.10			
Aceptación de la Convocatoria y Junta de Aclaraciones. Anexo 10	4.1.11			
Autorización para consultar su opinión de cumplimiento (32-D). Anexo 11	4.1.17			
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el SAT.	4.1.18			
Opinión de cumplimiento en materia de Seguridad Social.	4.1.19			
Constancia de cumplimiento del INFONAVIT.	4.1.20			
Información reservada y confidencial. Anexo 12	4.1.21			
Escrito de no conflicto de Interés. Anexo 13	4.1.22			
Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.	4.1.23			
Declaración de no colusión de la Comisión Federal de Competencia Económica. Anexo 14	4.1.24			
Propuesta Económica Anexo 15	4.3			
Nota OCDE Anexo 16	4.1.25			
"Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos". ANEXO 17	4.1.5.1			





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.-----

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
"Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los estados unidos mexicanos". ANEXO 18	4.1.5.1			
Manifestación referente a los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad, o afinidad hasta el cuarto grado, con las personas servidoras públicas, ANEXO 21	4.1.13			
Manifestación referente a que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento. ANEXO 22	4.1.14			
Manifestación referente a que en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento ANEXO 23	4.1.15			
Manifestación referente al registro electrónico de personas físicas y morales ANEXO 24	4.1.16			
Relación de documentos requeridos en la convocatoria. ANEXO 19	4.1.26			

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Descripción amplia y detallada del "Servicio Médico Integral para Hemodinamia y Radiología Intervencionista" de acuerdo a lo solicitado en el inciso a) del ANEXO 25 (VEINTICINCO) ANEXO TÉCNICO	ANEXO 26 (VEINTISEIS) TÉRMINOS Y CONDICIONES Inciso e) PUNTO I			





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Normas Oficiales por considerar en la prestación del servicio descritos en el inciso e) del ANEXO 25 (VEINTICINCO) ANEXO TÉCNICO	ANEXO 26 (VEINTISEIS) TÉRMINOS Y CONDICIONES Inciso e) PUNTO II			
E.1 propuesta técnica descrita en el inciso e) del ANEXO 26 (VEINTISEIS) TÉRMINOS Y CONDICIONES	ANEXO 26 (VEINTISEIS) TÉRMINOS Y CONDICIONES Inciso e) PUNTO III			
E.2 Folletos, catálogos, fotografías, manuales completos, entre otros, en cuyo caso deberán aplicar para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas requeridas, indicados en el inciso e) del ANEXO 26 (VEINTISEIS) TÉRMINOS Y CONDICIONES	ANEXO 26 (VEINTISEIS) TÉRMINOS Y CONDICIONES Inciso e) PUNTO IV			
E.3 Carta compromiso del Licitante en la Instalación de Equipo, solicitada en el inciso e) del ANEXO 26 (VEINTISEIS) TÉRMINOS Y CONDICIONES	ANEXO 26 (VEINTISEIS) TÉRMINOS Y CONDICIONES Inciso e) PUNTO V			
E.4 Aviso de Importación solicitado en el inciso e) del ANEXO 26 (VEINTISEIS) TÉRMINOS Y CONDICIONES	ANEXO 26 (VEINTISEIS) TÉRMINOS Y CONDICIONES Inciso e) PUNTO VI			
E.5 Fecha de fabricación de sus equipos de acuerdo a lo solicitado en el inciso e) del ANEXO 26 (VEINTISEIS) TÉRMINOS Y CONDICIONES	ANEXO 26 (VEINTISEIS) TÉRMINOS Y CONDICIONES Inciso e) PUNTO VII			
E.6 Carta Factura de los equipos usados de acuerdo a lo solicitado en el inciso e) del ANEXO 26 (VEINTISEIS) TÉRMINOS Y CONDICIONES	ANEXO 26 (VEINTISEIS) TÉRMINOS Y CONDICIONES Inciso e) PUNTO VIII			





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.-----

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
D.1 Registros Sanitarios indicados en el inciso d) del ANEXO 26 (VEINTISEIS) TERMINOS Y CONDICIONES	ANEXO 26 (VEINTISEIS) TERMINOS Y CONDICIONES Inciso e) PUNTO IX			

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Propuesta Económica Anexo 15	4.3 *			

EL NO PRESENTAR LOS DOCUMENTOS QUE SE IDENTIFICAN CON (*) AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN.





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

ANEXO 25 (VEINTICINCO) ANEXO TECNICO Y APÉNDICE T-4 BIENES DE CONSUMO
COMPLEMENTARIOS DEL SMI PARA HERI

CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS:

No	CLVSI	Bien de Consumo Complementario
1	60.01.801	Accesorios para cierre de defectos septales. Sistemas para liberación de ocluidores septales o de conducto arterioso.
2	60.01.806	Balón coronario con medicamento (paclitaxel o sirolimus) diversas medidas de 2.0 a 4.0 mm de diámetro y longitudes desde 10 mm a 30 ó 40 mm de longitud o BALON CORONARIO CON MEDICAMENTO PACLITAXEL DE 2.0 A 4.0 MM DE DIAMETRO Y LONGITUDES DE 80 MM, 100 MM, 120 MM Y 150 MM.
3	60.01.808	Balón de contra pulsación de 30, 40 o 50 cc. Incluye equipo
4	60.01.816	Balones de angioplastia coronaria de alta presión No complaciente.
5	60.01.818	Banda de compresión radial.
6	60.01.819	Bolsa estéril para tubo de fluoroscopia.
7	60.01.825	Catéter con lazo y/o canastilla de diversas medidas para extracción de cuerpo extraño.
8	60.01.836	Catéter guía teflonado ó semihidrofílico ó hidrofílico 5 ó 6 ó 7 u 8 fr.
9	60.01.837	Catéter guía multipropósito 5, 6, 7 y 8 Fr.
10	60.01.840	Catéter para dilatación de arteria coronaria, con globo de alta presión, de 1.20 a 4.0 mm de diámetro por 8 a 30 mm de longitud, 130 a 150 cm de largo, con sistema montado en guía "over the wire".
11	60.01.845	Catéter para ultrasonido intracoronario incluye equipo
12	60.01.847	Catéter tipo Berman para angiografía de 4 y 5 fr.
13	60.01.848	Catéteres diagnostico convencional distintos de 4 a 8 Fr. Y hasta 110 cms. de longitud.
14	60.01.862	Controlador manual estéril para sistema de inyección de solución salina y medio de contraste con flujo variable.
15	60.01.865	Cuerda guía con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, 0.035" longitud opcional de 150, 260 ó 300 cm. Estéril y desechable.
16	60.01.871	Dispositivo hemostático para cierre vascular a base de colágeno o ácido poliglicólico o cierre vascular con vaina introductora femoral incluida, un obturador, un predilatador, alambre guía y un sistema (SIS) para el cierre de 7fr.
17	60.01.876	Electrodo marcapaso con globo distal.
18	60.01.877	Electrodo para marcapaso temporal bipolar.
19	60.01.881	Extensión coaxial de catéter guía coronario de rápido intercambio de 5, 5.5, 6, 7 y 8Fr ó de 6 a 8 Fr o cateter guía intermedio de 0.057" o EXTENSION COAXIAL DE RAPIDO INTERCAMBIO DE CATETER GUIA CORONARIO DE 6FR, LONGITUD PROXIMAL DE 120 A 150 CM

FO-CON-08

47 / 63





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

No	CLVSI	Bien de Consumo Complementario
20	60.01.883	Extensión de presión de 15cm o extensión de presión de 15 o 25cm.
21	60.01.885	Extractor de trombos intracoronario.
22	60.01.886	Extractor manual de trombos pulmonares 5 Fr a 8Fr de 140 a 150cm de longitud.
23	60.01.893	Guía de alto soporte.
24	60.01.897	Introduccionador 18 fr.
25	60.01.898	Introduccionador de catéter arterial o venoso con alma metálica. Por técnica percutánea, longitud 25 a 45cm calibre. 5,6,7 y 8 fr o INTRODUCIDOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO LONGITUD DE 25 CM, CALIBRE 5, 6 O 7 FR
26	60.01.899	Introduccionador de catéter arterial o venoso femoral, por técnica percutánea pediátrico, 4, 5 y 6 French, longitud 5cm opcional a 14 cms.
27	60.01.900	Introduccionador de catéter arterial o venoso femoral, por técnica percutánea, 4, 5, 6, 7, 8 French, longitud opcional de 10 ó 16 ó 25 cms. Con guía vascular 0.021 a 0.032".
28	60.01.901	Introduccionadores de catéter arterial por técnica radial con recubrimiento hidrofílico longitud opcional de 10 a 25cm calibre. 4 a 7 fr.
29	60.01.902	Introduccionador Guía Largo para acceso femoral y distal arterial de 90 o 100 cms. 7 u 8 Fr.
30	60.01.906	Introduccionador pediátrico 4 y 5 fr.
31	60.01.907	Introduccionador de catéter arterial o venoso. Por técnica percutánea, longitud opcional de 10 ó 11 o 16 ó 25 cm calibre. Dentro del rango de 4 a 14Fr.
32	60.01.908	Jeringa para angiocardigrafia, de 100 a 150 ml de capacidad o Jeringa para angiocardigrafia, de 150 ml de capacidad
33	60.01.909	Jeringa para sistema de inyección de medio de contraste por flujo variable.
34	60.01.910	Jeringas de plástico para insuflar el globo del catéter de dilatación de arterias coronarias para mantener y medir la presión.
35	60.01.911	Kit de Catéter Swan Ganz incluye: introduccionador y catéter para medición de presión por termo dilución.
36	60.01.912	Kit de pericardiocentesis. Incluye: 1 Aguja de 22 G., 1 aguja de 25 G., 1 jeringa de 12 mm., 1 jeringa de 20 cc., 1 jeringa de 60 cc, 1 bisturi y 1 aguja de 3-0 curva con sutura. (puede variar según tecnología de cada fabricante siempre que tengan la misma funcionalidad y sean compatibles sus elementos).
37	60.01.913	Kit para administración de solución salina y medio de contraste por flujo variable: Incluye 1 Manifold, tubo de solución salina y una jeringa de mano, ó Kit con jeringa de 150 ml, tubo de solución salina y contraste.
38	60.01.918	Manifold angiográfico de tres vías.
39	60.01.920	Mantas para calentamiento intraoperatorias para la parte inferior del cuerpo y mantas para post operatorio de acceso múltiple. Incluye equipo
40	60.01.921	Medio de contraste hidrosolubles no iónico en concentración de 300 a 370 mg/ml, ioversol o iopamidol o iohexol o iopromida o iobitridol. Frasco con 100 ml o iónico de baja osmolaridad, ioxagato de sodio y meglumina, concentración

FO-CON-08

48 / 63





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

No	CLVSI	Bien de Consumo Complementario
		320mg/ml, presentación 100ml.
41	60.01.941	Paquete universal de ropa.
42	60.01.943	Pig tail centimetrado 5 Fr.
43	60.01.944	Prótesis endovascular coronaria (stent medicado) con: revestimiento de everolimus en platino cromo, zotarolimus en cromo cobalto, everolimus en cromo cobalto. Cada una de las plataformas en diversas medidas.
44	60.01.945	Prótesis endovascular coronaria (stent medicado) con: revestimiento de everolimus en platino cromo polímero bioabsorbible. O Prótesis endovascular coronaria (stent medicado) con revestimiento de everolimus o sirolimus, en platino-cromo o en cobalto-cromo, con polímero bioabsorbible.
45	60.01.948	Rotador de cuerda guía para angioplastia coronaria de 0.014" de diámetro. Tipo: pin-vice. Desechable o KIT DE VALVULA EN "Y" QUE INCLUYE, VALVULA, ROTOR E INSERTOR,
46	60.01.949	Set de micro punción.
47	60.01.955	Sistema introductor largo o vaina de acceso vascular.
48	60.01.959	Stent premontado en balon cubierto de ePTFE. (Uso coronario).
49	60.01.961	Stent diferentes diámetros y longitudes, auto expandible y expandibles con balón, de nitinol y marcas de tantalio, compatible con cuerda guía 0.035" o 0.014" o 0.018". (para uso vascular general) o stent diferentes diámetros y longitudes, autoexpandible, de nitinol y marcas de titalio, compatible con cuerda guía 0.035" o 0.014"(para uso vascular general).
50	60.01.969	Transductor de presión compatible con el polígrafo.
51	60.01.970	Tubo para muestra de sangre para medición de tiempo de coagulación activada. Incluye equipo.
52	60.01.976	Catéter para angiografía y arteriografía por técnica percutánea. De politetrafluoretileno, alto flujo angulado a 145 grados. Tipo: Pigtail. Longitud 110 cm calibre 5 a 6 fr.
53	60.01.977	Catéter para cateterización percutánea cal 4 a 6 fr., longitud 65 a 110 cm. Tipo: MPA, Pigtail, NIH o recto diversas curvas.
54	60.01.978	Catéter para dilatación de arteria coronaria, con globo semicomplaciente, desde 1.25 a 4.5 mm de diámetro y longitudes desde 8 a 30 mm. y de 130 a 155cm de largo, sistema de rápido intercambio. (ofertar todas las medidas de diámetro) o CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, CON GLOBO SEMICOMPLACIENTE, DE 1.20 A 4 MM DE DIÁMETRO POR 8 A 30 MM DE LONGITUD, 130 A 150CM DE LARGO, SISTEMA DE RÁPIDO INTERCAMBIO.
55	60.01.979	Catéteres guía tipo Judkins, para coronaria derecha e izquierda con punta suave, asa de 3.5, 4.0 y 5.0 mm de 6 a 8 fr., de 100 cm de largo. Y tipo: Amplatz o MP o Voda o Ikari o Ebu.
56	60.01.980	Catéteres multipropósito punta a1, a2, b1 y b2 estéril y desechable. Longitud 100 cm calibre. 5Fr.
57	60.01.981	Catéteres para cateterización de arteria coronaria derecha con técnica percutánea, asa de 3.5, 4 y 5, calibre 5 ó 6Fr., longitud 100 a 110 cm. Tipo: Judkins, Amplatz 1 y 2. Multipropósitos, mamarios.
58	60.01.982	Catéteres para cateterización de arteria coronaria izquierda con técnica percutánea, cal 5 ó 6fr., longitud 100 o 110 cm.

FO-CON-08

49 / 63





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

No	CLVSI	Bien de Consumo Complementario
		tipo: femoral izquierda asa de 3.5, 4 y 5, amplatz 1 y 2. multipropósitos, mamarios.
59	60.01.983	Cuerdas guía para angioplastia coronaria, con punta recta flexible, intermedia, rígida o doble espiral con recubrimiento hidrofílico de 0.014" de diámetro y 175cm a 195cm de longitud.
60	60.01.984	Guía hidrofílica de 0.035 o 0.038 longitud de 150 o 260 punta angulada o recta de acuerdo a las necesidades del médico.
61	60.01.985	Cuerdas guía para angioplastia coronaria, con punta recta flexible, intermedia y rígida, con recubrimiento hidrofílico de 0.014" de diámetro con 300cm de longitud.
62	60.01.1006	Introducor peel-away.
63	60.01.1041	CATETERES DIAGNOSTICOS PARA ARTERIAS PERIFERICAS, CURVA H1, JB1, JB2, MANI, SIM1, SIM2, SIM3, MULTIPROPOSITO Y PIGTAIL, EN 100 O 110 CM DE LONGITUD, CALIBRE 4 Ó 5 FR.
64	60.01.1043	Sonda para eco intracardiaco (Incluye uso de equipo para eco intracardiaco) para otros procedimientos compatibles con el equipo ultrasonido intracardiaco ofertado, uso adulto y pediátrico.
65	60.01.1057	kit de introducor radial con pared ultradelgada longitus opcional de 1o ó 16 ó 25cm de 5 a 7Fr.
66	60.01.1064	Introducor largo de 30, 65 y 85 cm trenzado de inicio a fin, marca radiopaca de platino /iridio, dilatador de LDPE compatible con guía 0.035", de 12 y 14 Fr cuenta con válvula hemostática y llave de tres vías.
67	60.01.1068	Stent liberador de fármaco Biolimus A9, o stent/andamio bio absorbible liberador de fármaco sirolimus.
68	60.01.1069	Dispositivo intravenoso de acceso femoral, de sujeción que forma una cesta alrededor del cuerpo del cable, sondas de catéter o guías y otros objetos extraños. Con una longitud de 94 cms. Se coloca cerca del cable a través de una vaina interna de 12 Fr larga y flexible colocada coaxialmente dentro de una vaina exterior de 16 Fr de TFE. La presentación es en Kit que contiene: Aguja calibre 18, jeringa Luer Lock de 10 cc, guía de alambre curvada de 145 cms, 0.038", dilatador, juego de vainas introductoras para estación de trabajo, vaina interior recta de 12 Fr con una canastilla en forma de cabeza de cobra hecha de acero inoxidable/nitinol y lengüeta de 13mm tiene una válvula hemostática en su extremo proximal. También compatible con una vaina introductora femoral curva de diámetro extenso.
69	60.01.1070	Vaina introductora femoral curva de TFE con 91.4 cms. de longitud y 12 Fr.
70	60.01.1084	Prótesis endovascular dedicado a bifurcación de acero inoxidable y liberador de medicamento (Paclitaxel o sirolimus) auto expandibles o liberación con balón o prótesis endovascular dedicado a bifurcación de diversas aleaciones y liberador de medicamento (biolimus) autoexpandibles o liberación con balón.
71	60.01.1085	Sonda esofágica para el monitoreo hemodinámico v del gasto cardiaco (incluye equipo)
72	60.01.894	Guía de presión
73	60.01.839	Catéter para adquisición de imagen
74	60.01.923	Microcatéter coronario para oclusiones cronicas.
75	60.01.1038	Sistema de ablación tumores, incluye antena microondas, cable conector, parche a tierra y líneas de inclusión para enfriamiento, en caso de ser requeridas incluye el uso de consola de microondas o sistema de radiofrecuencia para ablación de tumores, incluye aguja, cable conector parche a tierra y líneas de infusión para enfriamiento, en caso de ser



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

No	CLVSI	Bien de Consumo Complementario
		requeridas incluye uso de consola de radiofrecuencia
76	60.01.951	Sistema de trombectomia o aspiración de trombo con bomba eléctrica de vacío para procedimientos periféricos o pulmonares (el proveedor deberá suministrar la bomba eléctrica de vacío). O dispositivo de trombectomia periférica fármaco e hidromecánica (reolítica) con aspiración. O dispositivo de trombolisis ultrasónica periférica o pulmonar (incluye sonda y consola)
77	60.01.807	Balón coronario con aterotomos o balón para scoring. Indicado para restenosis o lesiones calcificadas. Diversas medidas o estructura metálica circundante o con líneas de protuberancias. Indicado para restenosis o lesiones no dilatables.
78	60.01.925	Microcateter coronario para oclusiones totales crónicas y angioplastia compleja con recubrimiento hidrofílico de alta duración, longitud de 135 a 150 cm, con capacidad de torque y punta conica
79	60.01.1058	Balón coronario para litotricia ultrasónica. Incluye el uso de la consola





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

APÉNDICE T1. REQUERIMIENTOS DE SMI PARA HERI

Requerimiento de Servicio Integral de Hemodinamia para el período comprendido a partir del día natural posterior al fallo y hasta el 31 de diciembre 2025, o al agotar el Importe máximo del contrato sin la necesidad de una terminación anticipada

No.	Clave	Nombre del procedimiento:	Mínimo	Máximo
1	60.01.001	Procedimiento de cateterismo diagnóstico adulto femoral.	112	280
2	60.01.003	Procedimiento de cateterismo cardiaco diagnóstico por técnica radial.	60	150
3	60.01.004	Procedimiento de ACTP (angioplastia) con balón.	60	150
4	60.01.007	Procedimiento de angioplastia directa por técnica radial.	52	120
5	60.01.008	Procedimiento de angioplastia directa por técnica femoral.	52	130
6	60.01.011	Procedimiento para cierre de defectos septales (CIA, CIV Y FOP).	4	8
7	60.01.028	Procedimiento para colocación de filtro de vena cava.	6	12
8	60.01.029	Procedimiento de cateterismo diagnóstico periférico.	6	12
9	60.01.042	Procedimiento para cierre de PCA con oclisor niños.	4	8
Totales			356	870

Nota: Las cantidades estimadas en el requerimiento servirán de base únicamente para la evaluación económica de las propuestas, ya que la contratación esta supeditada a la disponibilidad presupuestal y las necesidades de cada especialidad y unidad médica.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

APÉNDICE T2. CATÁLOGO EQUIPO MÉDICO DEL SMI PARA HERI

APENDICE T2. CATÁLOGO EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HERI	
1	Polígrafo para estudios hemodinámicos.
	Equipo diseñado para adquirir, medir, visualizar, registrar y analizar los datos pertinentes a los procedimientos hemodinámicos o de acuerdo a la siguiente descripción: EQUIPO DISEÑADO PARA ADQUIRIR, MEDIR, VISUALIZAR, REGISTRAR Y ANALIZAR LOS DATOS PERTINENTES A LOS PROCEDIMIENTOS HEMODINÁMICOS. 2.1 DOS MÓDULOS DE PRESIONES INVASIVAS O MAYOR 2.2 ECG SUPERFICIAL. 2.3 MODULO DE TEMPERATURA 2.4 PRESIÓN NO INVASIVA. 2.5 MÓDULO DE OXIMETRÍA DIGITAL 2.6 SOFTWARE PARA MEDICIONES Y CÁLCULOS HEMODINÁMICOS 2.6.1 PRESIÓN VENOSA SISTÉMICA. 2.6.2 PRESIÓN ARTERIAL SISTÉMICA. 2.6.3 PRESIÓN VENOSA PULMONAR. 2.6.4 PRESIÓN ARTERIAL PULMONAR. 2.6.5 MONITOR LCD PARA CONSOLA 2.6.6 MONITOR ESCLAVO EN LA SALA DE HEMODINÁMIA. 2.7 IMPRESORA LASER 2.8 MESA DE TRABAJO DE ACUERDO AL CATÁLOGO Y ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE
2	Sistema de administración de medio de contraste de flujo variable intracoronario.
3	Desfibrilador-Monitor-Marcapaso
3.1	Amplitud de ECG ajustable y ganancia automáticos.
3.2	Volumen individual ajustable del indicador sonoro de QRS.
3.3	Batería de ion-litio de larga duración.
3.4	Monitorización mediante electrodos de desfibrilación.
3.5	Monitorización de ECG con 3 y 5 puntas.
3.6	ECG 12 derivaciones.
3.7	Desfibrilación manual.
3.8	Cardioversión sincronizada.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

3.9	Marcapasos no invasivo.
3.10.	Peso: 6kg a 8Kg
4	Fuente para marcapaso cardiaco temporal
5	Ecocardiógrafo tridimensional Doppler color.
5.11	Ecocardiografía de adultos.
5.12	Ecocardiografía pediátrica.
5.13	Vasculares (aplicaciones periféricas, cerebrovasculares, Doppler transcraneal temporal y orbital, y vasculares abdominales).
5.14	Ecocardiografía transesofágica (adultos y pediátrica).
5.15	Ecocardiografía con contraste (detección de ovi, im bajo e im alto).
5.16	Ecocardiografía epicárdica.
5.17	Eco 3d en tiempo real.
5.19	Transductor transesofágicas multiplanar con rango de 2 a 3 MHz o menor a 7 MHz o mayor. Adulto y pediátrico.
5.20	Sectorial, vectorial o arreglo en fase con el rango de 3Mhz o menor a 8 Mhz o mayor, con frecuencias armónicas, para aplicación cardiológica pediátrica.
5.21	Sectorial, vectorial o arreglo en fase con el rango de 2Mhz o menor a 4 Mhz o mayor, con frecuencias armonicas,para aplicación cardiológica adulto.
5.22	Modos tridimensionales en tiempo real
5.23	Modo M simultáneo.
5.24	Modo doppler color y power angio.
5.25	Imágenes armónicas tisulares por técnica de inversión de pulsos.
5.26	Imágenes armónicas tisulares con múltiples frecuencias con tecnología de pulso invertido y armónico codificados.
5.27	Modo de imágenes panorámicas.
5.28	Doppler color continuo y pulsado.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

5.29	Con modo adaptativo en tiempo real que analice el contenido de la imagen y elimine el ruido y aumente la definición de los bordes de tejido.
5.30.	Rango dinámico del sistema de 180 db o mayor.
5.31	Sistema digital con 30,000 canales o mayor
5.32	Con memoria de imagen cuadro por cuadro en tiempo real y modo dúplex o de 800 cuadros o más cuadros de imágenes bidimensionales o en color.
5.33	Programa completo de reportes y cálculos
6	Equipo de ultrasonido intracoronario.
6.1	Equipo rodable.
6.2	Memoria RAM (random access memory), almacena como mínimo 25 casos de pacientes en disco duro o medios digitales, pantalla plana de cristal líquido de 19 pulgadas, auto reconocimiento de catéter, auto zoom ajustando la frecuencia del catéter
7	Equipo para tomografía de coherencia óptica (oct).Intravascular
7.1	El carro, móvil y compacto, contiene todos los elementos funcionales del sistema:
7.2	Motor de adquisición de imágenes.
7.3	Dos monitores (17 y 19 pulg.) y salida de vídeo remota para múltiples proyecciones.
7.4	Control del sistema y del catéter mediante el teclado o con del ratón.
8	Equipo de guía de presión para cálculo de Flujo de Reserva Fraccional
8.1	Equipo de guía de presión para cálculo de Flujo de Reserva Fraccional para guía calibre 0.014 con transductor de presión integrado.
9	Bomba de Contra Pulsación para INTRA/AORTICO
9.1	1 BOMBA DE CONTRA PULSACIÓN PARA BALÓN INTRA-AÓRTICO, que consiste en un sistema electromecánico que se utiliza para el inflamiento y des inflamiento de los balones intraaórticos (IAB), Sistema de soporte que reduce la poscarga y aumenta la presión de perfusión coronaria, durante la diástole, en pacientes con insuficiencia cardíaca. Consta de los siguientes elementos: • Bomba de contrapulsación para balón intraaórtico. Controlada por microprocesador. Capacidad de interconexión a computadora. Con o sin identificación del volumen de inflado máximo del balón. Parámetros



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

preestablecidos mínimos para iniciar la asistencia.

- Consola de control para las siguientes funciones: encendido, apagado, espera. Modos de disparo: ECG, presión, marcapaso auricular, marcapaso ventricular, marcapaso A-V, disparo interno, rechazo a marcapaso. Relación de disparo asistencia/paciente.
- Sistema de alarmas automáticas y con posibilidad de seleccionar las que pueden ser modificadas por el usuario. Control de volumen, silenciador de alarmas. Alarmas para los siguientes parámetros: de frecuencia cardiaca, de presión arterial, batería baja, límite mínimo de contenido de helio.
- Sistema de seguridad con suspensión de bombeo automático por detección de fuga de helio.
- Control manual para: inflar y desinflar el globo.
- Sistema de impresión.
- Ajuste de inflado y desinflado del balón.
- Sincronización automática con: curva de ECG, por marcapaso auricular, ventricular o A-V, presión arterial.
- Pantalla con despliegue de las siguientes curvas: ECG, presión arterial, presión del balón.
- Con identificación o etiquetado de los valores que se obtienen para: frecuencia cardiaca, presión arterial invasiva, presión sistólica pico, presión diastólica pico, presión al fin de la diástole, presión arterial media, volumen del balón.
- Indicador de: carga de la batería, contenido del tanque de helio.
- Sistema para purga de condensados automático.
- Sistema neumático que incluya: contenedor de helio recargable sin interrupción del funcionamiento del equipo durante su utilización.
- Bomba para: suministrar volúmenes, con volumen de bombeo, frecuencia de contrapulsación, pulsaciones por minuto, protección que evite el sobre inflado.
- Utilizado con un catéter balón intraaórticos.
- Señales de Disparo ECG (con función de la presión aortica registrada por el transductor de presión del IAB) Marcapasos V/AV, Marcapasos A e interna en las modalidades Automática, semiautomática o manual (configurable); permitiendo que el dispositivo se ajuste para sincronizar su actividad contrapulsatoria con la actividad cardiaca.
- 100 - 240 V CA de carga nominal, 50/60HZ, A, 24V CD de materia interna.
- ECG a prueba de desfibrilación tipo CF.





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

	La descripción y especificación anterior del equipo solicitado es el mínimo requerido pudiendo entregar un equipo de igual o superiores características. El equipo deberá ser de reciente generación, los mantenimientos preventivos y correctivos deberán realizarse por personal calificado y deberá estar siempre disponible en la sala de hemodinamia en gratuito por el consumo de los consumibles del paquete anterior y sin ningún costo para el hospital.
10	Consola de Rotoablación
11	Bomba de aspiración para trombectomía periférica o cerebral (ICTUS)
12	Equipo para ablación de tumor por microondas (Radiofrecuencia o Microondas)

***NOTA: EL SERVICIO CONTRATADO SERÁ EN LA UNIDAD MENCIONADA EN EL APENDICE T12**





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

APÉNDICE T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA HERI

REGISTRO DE EQUIPO													
Del	Delegación	Poligrafo para estudios hemodinámicos.	Sistema de administración de medio de contraste de flujo variable intracoronario.	Desfibrilador-Monitor-Marcapaso	Fuente para marcapaso cardiaco temporal	Ecocardiógrafo tridimensional Doppler color.	Equipo de ultrasonido intracoronario.	Equipo para tomografía de coherencia óptica (oct). Intravascul	Equipo de guía de presión para cálculo de Flujo de Reserva Fraccional	Bomba de Contra Pulsación para INTRA/AORTICO	Consola de Rotoablación	Bomba de aspiración para tromboectomía periférica o cerebral (ICTUS)	Equipo para ablación de tumor por microondas (Radiofrecuencia o Microondas)
13	Hidalgo	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

APÉNDICE T-35"FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"

MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA (DEPENDENCIAS).

(AFIANZADORA O ASEGURADORA)

DENOMINACIÓN SOCIAL: _____ EN LO SUCESIVO (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA")

DOMICILIO: _____

AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL PARA OPERAR: _____ (NÚMERO DE OFICIO Y FECHA)

BENEFICIARIA:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO "LA BENEFICIARIA".

DOMICILIO: AV. PASEO DE LA REFORMA, NO. 476, COL. JUAREZ DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06600, CIUDAD DE MÉXICO.

DEPENDENCIA CONTRATANTE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO

EL MEDIO ELECTRÓNICO, POR EL CUAL SE PUEDA ENVIAR LA FIANZA A "LA CONTRATANTE" Y A "LA BENEFICIARIA": EN FORMA DIGITAL

FIADO (S): (EN CASO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, EL NOMBRE Y DATOS DE CADA UNO DE ELLOS)

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: _____

RFC: _____

DOMICILIO: _____ (EL MISMO QUE APAREZCA EN EL CONTRATO PRINCIPAL)

DATOS DE LA PÓLIZA:

NÚMERO: _____ (NÚMERO ASIGNADO POR LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA")

MONTO AFIANZADO: _____ (CON LETRA Y NÚMERO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)

MONEDA: _____

FECHA DE EXPEDICIÓN: _____

OBLIGACIÓN GARANTIZADA: EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA PRIMERA DE LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA.

NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES: INDIVISIBLE

LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SERÁ INDIVISIBLE Y EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN INCUMPLIMIENTO SE HARÁ EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

DATOS DEL CONTRATO O PEDIDO, EN LO SUCESIVO EL "CONTRATO":

NÚMERO ASIGNADO POR "LA CONTRATANTE": _____

OBJETO: _____

MONTO DEL CONTRATO: _____ (CON LETRA Y NÚMERO, SIN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)

MONEDA: _____

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: _____

TIPO: _____ (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA)

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PARA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: INDIVISIBLE

PROCEDIMIENTO AL QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA HACERLA EFECTIVA: EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN: PARA TODO LO RELACIONADO CON LA PRESENTE PÓLIZA, EL FIADO, EL FIADOR Y CUALESQUIER OTRO OBLIGADO, ASÍ COMO "LA BENEFICIARIA", SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 69, FRACCIÓN II Y ÚLTIMO PÁRRAFO, Y ARTÍCULO 70, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 103 DE SU REGLAMENTO.

VALIDACIÓN DE LA FIANZA EN EL PORTAL DE INTERNET, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA WWW.AMIG.ORG.MX
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA AFIANZADORA O ASEGURADORA)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA).

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

ESTA PÓLIZA DE FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL "CONTRATO" A QUE SE REFIERE ESTA PÓLIZA Y DE SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HAYAN REALIZADO O A LOS ANEXOS DEL MISMO, CUANDO NO REBASEN EL PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN INDICADO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, AÚN Y CUANDO PARTE DE LAS OBLIGACIONES SE SUBCONTRATEN.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA"), SE COMPROMETE A PAGAR A "LA BENEFICIARIA", HASTA EL MONTO DE ESTA PÓLIZA, QUE ES (CON NÚMERO Y LETRA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) QUE REPRESENTA EL 10 % (SEÑALAR EL PORCENTAJE CON LETRA) DEL VALOR DEL "CONTRATO".

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") RECONOCE QUE EL MONTO GARANTIZADO POR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SE PUEDE MODIFICAR EN EL CASO DE QUE SE FORMALICE UNO O VARIOS CONVENIOS MODIFICATORIOS DE AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL "CONTRATO" INDICADO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL 20 % DE DICHO MONTO. PREVIA NOTIFICACIÓN DEL FIADO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") EMITIRÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE O ENDOSO PARA EL SOLO EFECTO DE HACER CONSTAR LA REFERIDA AMPLIACIÓN, SIN QUE SE ENTIENDA QUE LA OBLIGACIÓN SEA NOVADA.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL PORCENTAJE DE AUMENTO AL "CONTRATO" EN MONTO FUERA SUPERIOR A LOS INDICADOS, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") SE RESERVA EL DERECHO DE EMITIR LOS ENDOSOS SUBSECUENTES, POR LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS MONTOS, SIN EMBARGO, PREVIA SOLICITUD DEL FIADO, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") PODRÁ GARANTIZAR DICHA DIFERENCIA Y EMITIRÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") ACEPTA EXPRESAMENTE QUE, EN CASO DE REQUERIMIENTO, SE COMPROMETE A PAGAR EL MONTO TOTAL AFIANZADO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL CONTRATO SE HAYA ESTIPULADO QUE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA ES INDIVISIBLE; DE ESTIPULARSE QUE ES DIVISIBLE, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") PAGARÁ DE FORMA PROPORCIONAL EL MONTO DE LA O LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA"), SE OBLIGA A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE EN SU CASO PROCEDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

CUARTA. - VIGENCIA.

LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO A LA O LAS OBLIGACIONES QUE GARANTICE EN LOS TÉRMINOS DEL "CONTRATO" Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE "LA CONTRATANTE" OTORQUE PRÓRROGA O ESPERA AL CUMPLIMIENTO DEL "CONTRATO", EN LOS TÉRMINOS DE LA SIGUIENTE CLÁUSULA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

ASIMISMO, ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, ARBITRAJES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA.

DE ESTA FORMA LA VIGENCIA DE LA FIANZA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA CUMPLIR LA O LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ORIGINALMENTE SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, EL FIADO DARÁ AVISO A (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA"), LA CUAL DEBERÁ EMITIR LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS O ENDOSOS CORRESPONDIENTES.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") ACEPTA EXPRESAMENTE GARANTIZAR LA OBLIGACIÓN A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE, AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORQUE PRORROGA, ESPERA O AMPLIACIÓN AL FIADO POR PARTE DE LA "CONTRATANTE" PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXTINCIÓN DE FIANZA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SIN QUE SE ENTIENDA NOVADA LA OBLIGACIÓN.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL "CONTRATO", CUANDO CONCURRAN LOS SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, "LA CONTRATANTE" DEBERÁ EMITIR EL O LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y, EN SU CASO, LAS CONSTANCIAS A QUE HAYA LUGAR, EN ESTOS SUPUESTOS, A PETICIÓN DEL FIADO, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") OTORGARÁ EL O LOS ENDOSOS CONDUCENTES, CONFORME A LO ESTATUIDO EN EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LO CUAL BASTARÁ QUE EL FIADO EXHIBA A (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") DICHOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR "LA CONTRATANTE".

EL APLAZAMIENTO DERIVADO DE LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES, NO MODIFICA O ALTERA EL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIALMENTE PACTADO, POR LO QUE SUBSISTIRÁN INALTERADOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ORIGINALMENTE PREVISTOS, ENTENDIENDO QUE LOS ENDOSOS QUE EMITA (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") POR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS REFERIDOS, FORMARÁN PARTE EN SU CONJUNTO, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA PÓLIZA INICIAL.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") REALIZARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD REQUERIDA, BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA PÓLIZA DE FIANZA, Y, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AUN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, ANTE DICHAS INSTANCIAS.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") DEBERÁ COMUNICAR A "LA BENEFICIARIA" DE LA GARANTÍA, EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN AL FIADO, ACOMPAÑÁNDOLE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS QUE ASÍ LO ACREDITEN, A FIN DE QUE SE ENCUENTRE EN LA POSIBILIDAD DE ABSTENERSE DEL COBRO DE LA FIANZA HASTA EN TANTO SE DICTE SENTENCIA FIRME.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA Y



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS, DE CONFORMIDAD CON LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO PARA TALES EFECTOS EN EL CONTRATO PRINCIPAL MATERIA DEL AFIANZAMIENTO.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SIEMPRE Y CUANDO "LA CONTRATANTE" LE COMUNIQUE POR ESCRITO, POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA PRESENTE GARANTÍA.

EL FIADO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR A (LA "AFIANZADORA" O LA

"ASEGURADORA") LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CUANDO EL FIADO SOLICITE DICHA CANCELACIÓN DERIVADO DEL PAGO REALIZADO POR SALDOS A SU CARGO O POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, DEBERÁ PRESENTAR EL RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE.

ESTA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO HABIÉNDOSE CUMPLIDO LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL "CONTRATO", "LA CONTRATANTE" HAYA CALIFICADO O REVISADO Y ACEPTADO LA GARANTÍA EXHIBIDA POR EL FIADO PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES ENTREGADOS Y POR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS O POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL FIADO, RESPECTO DEL "CONTRATO" ESPECIFICADO EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA Y SUS RESPECTIVOS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA.

DÉCIMA PRIMERA REQUERIMIENTO.

"LA BENEFICIARIA" PODRÁ REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE PAGO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES, SUCURSALES, OFICINAS DE SERVICIO O BIEN EN LOS DOMICILIOS DE LOS APODERADOS DESIGNADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA RECIBIR REQUERIMIENTOS DE PAGO, CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS REGIONES COMPETENCIA DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

"LA BENEFICIARIA" REQUERIRÁ DE PAGO A LA INSTITUCIÓN ACOMPAÑANDO LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS SIGUIENTES:

1. EL ACTO O CONTRATO EN QUE CONSTE LA OBLIGACIÓN A CARGO DEL FIADO.
2. LA PÓLIZA DE FIANZA Y ENDOSO O ENDOSOS RESPECTIVOS.
3. EL ACTA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR DE MANERA CRONOLÓGICA Y CIRCUNSTANCIADA LOS ACTOS U OMISIONES QUE CONSTITUYAN EL INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.
4. LA LIQUIDACIÓN DE ADEUDO O DOCUMENTO EN EL CUAL CONSTE EL CRÉDITO O IMPORTE A REQUERIR CON CARGO A LA GARANTÍA.
5. SI LOS HUBIERE, LA DEMANDA O EL ESCRITO DE CUALQUIER OTRO MEDIO DE DEFENSA LEGAL PROCEDENTE, PRESENTADO POR EL FIADO, RESOLUCIONES O SENTENCIAS FIRMES DICTADAS POR AUTORIDAD COMPETENTE Y SUS NOTIFICACIONES.
6. LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE LA TESORERÍA ESTIME PERTINENTES.

DICHOS DOCUMENTOS SE ACOMPAÑARÁN EN ORIGINAL O EN COPIA CERTIFICADA, SALVO LA PÓLIZA DE FIANZA Y SU ENDOSO O ENDOSOS, LOS CUALES DEBERÁN ANEXARSE EN ORIGINAL.





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-112-2025 CELEBRADA PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, EJERCICIO 2025.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

SERÁ APLICABLE A ESTA PÓLIZA, EN LO NO PREVISTO POR LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS LA LEGISLACIÓN MERCANTIL Y A FALTA DE DISPOSICIÓN EXPRESA EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

DÉCIMA TERCERA. - ENTREGA DE FIANZAS.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") DEBERÁ ENTREGAR A "LA BENEFICIARIA", UNA COPIA DE ESTA PÓLIZA A TRAVÉS DEL MEDIO ELECTRÓNICO, LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, O AMBOS CONFORME A LO SEÑALADO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA.

