

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 09:00 horas, del 29 de junio de 2023, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur número 8000, colonia Santa María Tequepepan, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 26 fracción I, 26 bis fracción II, 28 fracción II, 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 45 y 46 del Reglamento de la Ley así como del numeral 4 de la convocatoria a la licitación.

De conformidad con el artículo 37 fracción VI de la Ley de la Materia, el acto fue presidido por la Lic. María José Carrillo Capacete, Jefa de la Oficina de Adquisición de bienes y contratación de Servicios, servidor público designado por la convocante mediante oficio 14A660611000/102/23 suscrito por el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, de conformidad con el artículo 1 penúltimo párrafo, de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, artículo 3 fracción II de su reglamento y numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el cual establece que los servidores públicos facultados para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación, suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones, será el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

El funcionario público que preside el presente acto, fue asistido por la Dra. Sandra Judith Vázquez Avelar, Enc. De la Coordinación Auxiliar de Segundo Nivel de Atención a la Salud, como área técnica quien solventa las preguntas de carácter técnico y el representante del área contratante de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, quien solventa las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El funcionario público que preside el presente acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de las siguientes personas:

Número	1	NOMBRE DEL LICITANTE:	INTERMET, S.A. DE C.V.	NUMERO DE PREGUNTAS	243
--------	---	-----------------------	------------------------	---------------------	-----

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 3.2 FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS; ...	PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES. DEBIDO AL PESO DE DIVERSOS ARCHIVOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA CARGAR EN EL EXPEDIENTE DE LA PLATAFORMA COMPRANET LA INFORMACIÓN EN CARPETAS CON FORMATO ZIP. ¿SE ACEPTA?	LA PLATAFORMA NO ACEPTA FORMATO ZIP, PERO SI PUEDE SUBIR VARIOS ARCHIVOS EN UN SOLO APARTADO, LA PLATAFORMA ACEPTA 100 ARCHIVOS MAXIMO DE 20 MB POR CADA REQUERIMIENTO
2	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 3.2 FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS; ...	PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES. POR TRATARSE DE UNA LICITACION ELECTRONICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE HABILITAR MÁS PARAMETROS EN EL APARTADO "PROPIUESTA TÉCNICA" Y EL BOTÓN DE ANEXOS ADICIONALES DE COMPRANET, DEBIDO A LA CANTIDAD Y EL VOLUMEN DE ARCHIVOS A CARGAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SI SE ACEPTA, SE HABILITARAN MAS PARAMETROS PARA QUE PUEDA CARGAR SU PROPIUESTA
3	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 5. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.	POR TRATARSE DE UNA LICITACION ELECTRONICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE HABILITAR MÁS PARAMETROS EN EL APARTADO "PROPIUESTA TÉCNICA" Y EL BOTÓN DE ANEXOS ADICIONALES DE COMPRANET, DEBIDO A LA CANTIDAD Y EL VOLUMEN DE ARCHIVOS A CARGAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SI SE ACEPTA, SE HABILITARAN MAS PARAMETROS PARA QUE PUEDA CARGAR SU PROPIUESTA



(Handwritten signatures and stamps)

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-1-123-2023
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
4	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 5. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	INCISIO A) ENTENDEMOS QUE SE PODRAN PRESENTAR EN PDF O WORD O EXCEL DE ACUERDO AL CRITERIO DE LOS PARTICIPANTES Y TIPOS DE ARCHIVOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DEBERA PRESENTAR EN PDF CON FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y EN WORD O EXCEL CON EL FIN DE AGILIZAR LOS ACTOS DEL RPOCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
5	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA 9. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES	9. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE ENVIAR LA PROPOSICION EN PDF, WORD O EXCEL, SEGUN CORRESPONDAN LOS DIFERENTES ANEXOS.	SE ACEPTA
6	TÉCNICO	CONVOCATORIA 14.1. PERIODO DE CONTRATACION.	DICE: " CON UN PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023" MIENTRAS TANTO EN EL NUMERAL 1. INFORMACION ESPECIFICA DE LA LICITACION, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION, PARA PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL PERIODO DE CONTRATACION CORRECTO.	PARA PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023
7	TÉCNICO	ANEXO T25 MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE DESINFECCION ALTO NIVEL (DAN)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE FORMATO SOLO APLICA PARA EL PAQUETE 2 ENDOSCOPIA, DERIVADO DE LOS SIGUIENTES PUNTOS A LOS QUE INDICA EL FORMATO: 2.- FECHA EN QUE EL JEFE O RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ENDOSCOPIA RECIBE EL MANUAL DAN 6.- REGISTRO DE LA INFORMACION DEL DESARROLLO DEL DAN (ESTA DEBE SER CONSERVADA PARA LA SUPERVISION POR EL JEFE ENDOSCOPIA)	NO ES CORRECTO, EL ANEXO T25 TAMBIEN APLICA PARA PAQUETE 1
8	ECONÓMICO	ANEXO NUMERO 13 (TRECE) PROPOSICION ECONOMICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN LA COLUMNA DE ESPECIALIDAD SE REFIERE AL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS YA QUE ESTOS CORRESPONDEN AL REQUERIMIENTO A COTIZAR, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACION
9	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TÉCNICO 3.1 SUPERVISOR	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL FORMATO T25 APLICA UNICAMENTE PARA EL PAQUETE 2 ENDOSCOPIA, PARA EL PROCEDIMIENTO DE DESINFECCION Y ESTERILIZACION DE LOS ENDOSCOPIOS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TÉCNICO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION.	NO ES CORRECTO, EL ANEXO T25 TAMBIEN APLICA PARA PAQUETE 1
10	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO TECNICO 7.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TÉCNICO PARA LOS P.M.I	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENVIAR DEL FORMATO T26 DENTRO DE LOS 5 DIAS DEL MES SIGUIENTE AL CIERRE. ESTO DERIVADO DE LA CONCILIACION DE LOS FORMATOS T14 CON EL JEFE DE CIRUGIA YA QUE EL TIEMPO QUE ESPECIFICA ESTE INCISO ES 5 DIAS PREVIOS AL DIA ULTIMO DE CADA MES DEL MES CORRIENTE, VALIDADOS POR EL JEFE DE	SI SE ACEPTA, SU PROPOSTA



[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
11	LEGAL - ADMINISTRATIVA	TERMINOS Y CONDICIONES 17. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD	SERVICIO, LOS CIERRES SON EL DÍA 25 DE CADA MES Y SE PRESTA EL SERVICIO INCLUSO NOCTURNO, INCLUSO HAY CIERRES EN FIN DE SEMANA, POR LO QUE SE EMITIRIA INCOMPLETO Y SIN VALIDAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD PARA GARANTIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ADECUADOS, SE DEBERÁ ENVIAR EL ANEXO T26 "CONTROL DE PRODUCTIVIDAD, BIENES BÁSICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DE LA CTSI", VALIDADO POR LA OOAD/UMAE AL CORREO CTSI.PMI@IMSS.GOB.MX DONDE SE REGISTRARÁN LOS DATOS REALIZADOS A LOS PACIENTES, CON TODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS, ASÍ MISMO LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DEL PROPIO SERVICIO COMO: NÚMERO DE CONTRATO, FECHA DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO AL PACIENTE, PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL, IMPORTE CON IVA, NOMBRE Y MATRÍCULA DEL MÉDICO QUE AUTORIZO, ETC. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE CON NÚMERO DE CONTRATO, IMPORTE TOTAL, IMPORTE CON IVA, YA QUE EL ANEXO T26 (T VEINTISEIS) CONTROL DE PRODUCTIVIDAD, BIENES BÁSICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DE LA CTSI NO CUENTA CON ESTOS CAMPOS, FAVOR DE ACLARAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
12	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.11 CURRÍCULUM INDIVIDUALIZADO DEL PERSONAL PROPUESTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES ACEPTADO EL CERTIFICADO DE ESTUDIOS A NIVEL MEDIO SUPERIOR PARA EL PUESTO DE TÉCNICO EN SITIO, COMPROBANDO SU EXPERIENCIA EN MANEJO DE EQUIPO, INSTRUMENTAL Y CONSUMIBLE EN MINIMA INVASIÓN CON CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LOS FABRICANTES.	NO SE ACEPTA, DEBERA DE APEGARSE A LAS BASES DE LICITACIÓN



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
 No. LA-50- GYR-0505GYR002-T-123-2023
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
13	LEGAL - ADMINISTRATIVA	TERMINOS Y CONDICIONES 17. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD PARA GARANTIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION ADECUADOS, SE DEBERA ENVIAR EL FORMATO T26 "CONTROL DE PRODUCTIVIDAD, BIENES BÁSICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DE LA CTSI", VALIDADO POR LA OOAD/UMAE AL CORREO CTSI.PMI@MSS.GOB.MX DONDE SE REGISTRARÁN LOS PMI REALIZADOS A LOS PACIENTES, CON TODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA LA IDENTIFICACION Y VIGENCIA DE DERECHOS, ASÍ MISMO LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL PROPIO SERVICIO COMO: NÚMERO DE CONTRATO, FECHA DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO AL PACIENTE, PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL, IMPORTE CON IVA, NOMBRE Y MATRÍCULA DEL MÉDICO QUE AUTORIZO, ETC. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE CON NÚMERO DE CONTRATO, IMPORTE TOTAL, IMPORTE CON IVA, YA QUE EL ANEXO T26 (T VEINTITISEIS) CONTROL DE PRODUCTIVIDAD, BIENES BÁSICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DE LA CTSI NO CUENTA CON ESTOS CAMPOS, FAVOR DE ACLARAR, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
14	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.12COPIA DE CÉDULA Y/O TÍTULO PROFESIONAL	4.2.12COPIA DE CÉDULA Y/O TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO DEL PERSONAL PROPUESTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE COMO COMPROBANTE DE ESTUDIOS KARDEx O ACTA DE TITULACION O DIPLOMA DE TERMINACION DE ESTUDIOS, DE ACUERDO A CADA INSTITUCION ACADÉMICA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA DE APEGARSE A LAS BASES DE LICITACION
15	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.17 EXPERIENCIA DEL LICITANTE:	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA ENTREGAR COPIA DE LOS CONTRATOS SIN ANEXOS, YA QUE ESTOS LLEGAN A ESTAR CONFORMADOS POR MÁS DE 300 PÁGINAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
16	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.18ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.	SOLICITAMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, NOS PERMITA PRESENTAR LOS MISMOS CONTRATOS INTEGRADOS EN EL NUMERAL "4.2.17 EXPERIENCIA DEL LICITANTE". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA PROPUESTA
17	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.19METODOLOGIA (INCISO F)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE INCISO Y EL FORMATO T25 APLICA ÚNICAMENTE PARA EL PAQUETE 2 ENDOSCOPIA, Y EN CASO DE NO PARTICIPAR EN DICHO PAQUETE NO ES REQUISITO PRESENTARLO.	NO ES CORRECTO, EL ANEXO T25 TAMBIEN APLICA PARA PAQUETE 1







ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
18	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.21 PRESENTAR EL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA CUMPLIR A CABALIDAD CON LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO, NOS PERMITA PRESENTAR EL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA, LOS FORMATOS T19 Y T20 ANEXANDO UN ESCRITO LIBRE CON EL LISTADO DE TODO EL PERSONAL DESCRIBIENDO LAS FUNCIONES QUE REALIZAN CADA UNO DE ELLOS. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR TODOS LOS DATOS SOLICITADOS EN ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA DEBERÁ SER ORGANIGRAMA DIRECTIVO Y OPERATIVO
19	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO 6.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO Y DEL INSTRUMENTAL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO Y DEL INSTRUMENTAL DICE: ES PRECISO SEÑALAR QUE LA FECHA ESPECÍFICA DE MANTENIMIENTO NO PODRÁ REBASAR LA SEMANA SEÑALADA Y SE DEBERÁ CONSIDERAR QUE PUEDE SER MODIFICADO POR LA FRECUENCIA DE LOS SERVICIOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA QUE, EL MANTENIMIENTO SE REALICE DENTRO DEL MES DE MANTENIMIENTO SEÑALADO EN EL ANEXO T5 PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL, DE ACUERDO A NUESTRA EXPERIENCIA, LAS UNIDADES MÉDICAS SUGIEREN LA SEMANA O EL DÍA EN QUE SE PUEDE LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO EN BASE A SU PRODUCTIVIDAD O AJUSTE DE SU PROGRAMACIÓN, ESTO PARA NO INTERRUMPIR EL SERVICIO COORDINADO CON LOS JEFE DE ESTA ÁREA. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU PROPUUESTA SIN QUE ESTA REBASE EL PERIODO MENSUAL CORRESPONDIENTE.
20	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO	1.1.7.6 CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR COMO: 1.1.7.6 ERRORES Y MENSAJES DE ALERTA. SEGUN DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUUESTA
21	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO	1.1.7.6.3 NIVELES DE FLUJO PRECONFIGURADOS PARA ALTO Y BAJO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR COMO: 1.1.7.6.3 FLUJO PRE-CONFIGURADO, PRIMERA INSUFLACIÓN E INSUFLACIÓN SOSTENIDA. DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU PROPUUESTA
22	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO	1.1.7.6.3 NIVELES DE FLUJO PRECONFIGURADOS PARA ALTO Y BAJO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR COMO: 1.1.7.6.3 MODO DE FLUJO PEDIATRIA Y ALTO FLUJO. DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN DE FABRICANTE. ¿SE	SI SE ACEPTA SU PROPUUESTA



[Handwritten signature]



GOBIERNO DE
MEXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
29	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO	1.1.7.6.3 NIVELES DE FLUJO PRECONFIGURADOS PARA ALTO Y BAJO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR COMO: 1.1.7.6.3 MODO "HIGH FLOW" (ALTO FLUJO) CON UNA POTENCIA DE FLUJO DE HASTA 50 L/MIN COMO MAXIMO.Y MODO "PEDIATRIA" CON LIMITE DE FLUJO DE 15L/MIN ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
30	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO	1.1.10.3 PANTALLA: LCD O LED O TECNOLOGIA SUPERIOR SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR: 1.1.10.3 PANTALLA: LCD (TFT A COLOR O SUS VARIACIONES) O LED O TECNOLOGIA SUPERIOR, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
31	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO	1.1.10.13 MUESTREO DE LA SEÑAL CO2 DE 50 ML/MIN COMO MINIMO. O VELOCIDAD DE FLUJO DEL CAPNÓGRAFO DE 120 +/- 20ML. POR MINUTO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: CAPNOGRAFIA, VELOCIDAD DE FLUJO DE CAPNOGRAFO DE 120± 20ML/MIN. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
32	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO	1.3.3 EN EL RANGO ENTRE 23 HASTA 55.5 KILO HERTZ. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE; NOS PERMITA OFERTAR: 1.3.3 EN EL RANGO ENTRE 23 HASTA 56 +/- 0.5 KILO HERTZ. DE ACUERDO A TECNOLOIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
33	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO	1.6.6.2 RANGO DE ENERGIA POR PULSO DE 200 A 3500 MJ O MAYOR DEACUERDO A TECNOLOGIA DEL FABRICANTE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE; NOS PERMITA OFERTAR: 1.6.6.2 RANGO DE ENERGIA POR PULSO DE 0.5 A 3.5J O MAYOR DEACUERDO A TECNOLOGIA DEL FABRICANTE. DE ACUERDO A TECNOLOIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
34	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T2 EQUIPO MEDICO	1.6.6.3 FRECUENCIA DE PULSOS EN UN RANGO DE 3 MINIMO A 20 HZ. O MAYOR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE; NOS PERMITA OFERTAR: 1.6.6.3 FRECUENCIA DE PULSOS EN UN RANGO DE 5 MINIMO A 20 HZ. O MAYOR DE ACUERDO A TECNOLOIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
35	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	DEBEMOS ENTENDER QUE LAS UNIDADES DE MEDIDA REQUERIDAS EN EL ANEXO T.3 : CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL PUEDEN SER REFERENCIADAS COMO OTRA UNIDAD DE MEDIDA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON SU EQUIVALENCIA, EJEMPLO:	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN

Periferico Sur-116-3090, Col. Santa María Tehuacanense, C. P. 456000, San Pedro Tlégemeque, Jalisco



Página 7 de 63

[Handwritten signature]

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			CM - PIES (FT O) - PULGADA(IN O ") Ó CHARR (CH) - FRENCH (FR) ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
36	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 13. PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "1", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 A 11 MM DE LARGO POR 3 A 3.5MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS NASALES BLAKESLEY, RECTAS, TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
37	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 13. PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "1", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 A 11 MM DE LARGO POR 3 A 3.5MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: FORCEPS NASAL BLAKESLEY, 0° (RECTA, REF. GRÁFICA), TAMAÑO 1, LONGITUD 11CM MANDIBULA 3.5MM. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
38	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 14. PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKESLEY, CALIBRE "0", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 7 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS NASALES DE BLAKESLEY, RECTAS, TAMAÑO 0, LONGITUD ÚTIL 11CM. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
39	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3: CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 14. PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKESLEY, CALIBRE "0", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 7 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: FORCEPS NASAL BLAKESLEY, 0° (RECTA, REF. GRÁFICA), TAMAÑO 0, LONGITUD 11CM, MANDIBULA 3.0MM. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE




[Handwritten signature]

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

Nº. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
40	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 15 PINZA NASAL CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKELSLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "1", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR. PINZAS NASALES DE BLAKESLEY-WILDE, CURVADAS 45° HACIA ARRIBA, TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL DE 11CM ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
41	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 15 PINZA NASAL CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKELSLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "1", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR. FÓRCEPS NASAL BLAKESLEY, 45° (CURVA HACIA ARRIBA REF. GRÁFICA), TAMAÑO 1, MANDIBULA 3.5MM. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
42	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 16 PINZA NASAL CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKELSLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "0", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 7 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR. PINZAS NASALES DE BLAKESLEY-WILDE, CURVADAS 45° HACIA ARRIBA, TAMAÑO 0, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
43	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 16 PINZA NASAL CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKELSLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "0", QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 7 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. (REFERENCIA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR. FÓRCEPS NASAL BLAKESLEY, 45° (CURVA HACIA ARRIBA REF. GRÁFICA), CALIBRE 0, LONGITUD 11CM, MANDIBULA 3.0MM. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023
 CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
44	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 17. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 90° TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY CALIBRE "2" QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 10 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORQUIDA, LONGITUD UTIL DE 11 A 12 CM, (REFERENCIA SEGUN MARCA DEL FABRICANTE) SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS NASALES DE BLAKESLEY-WILDE, CURVADAS 90° HACIA ARRIBA, TAMANO 2, LONGITUD UTIL DE 11CM, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
45	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 18. PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 90° TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY CALIBRE "1" O SEGUN LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE, QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3,6 MM DE ANCHO DE MORQUIDA, LONGITUD UTIL DE 10 CM. SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS NASALES DE BLAKESLEY-WILDE, CURVADAS 90° HACIA ARRIBA, TAMANO 1, LONGITUD UTIL DE 11CM, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
46	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 19 Y OTORRINO 3 (PED) NO.22. PINZA DE STANDBERGER (O TAKAHASHI), CON CANAL DE IRRIGACION DE 12.5 A 16 CMS. SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS DE ASPIRACION BIPOLARES DE STAMMBERGER, CURVADAS HACIA ARRIBA 45° CON CANAL DE ASPIRACION, LONGITUD UTIL 12.5 CM. PARA UTILIZAR CON CABLES DE ALTA FRECUENCIA BIPOLARES 847002 V / CABLE DE ALTA FRECUENCIA BIPOLAR, CON DOS TERMINALES DE CABLE DE 2MM, LONGITUD DE 450CM, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
47	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 19 Y OTORRINO 3 (PED) NO.22. PINZA DE STANDBERGER (O TAKAHASHI), CON CANAL DE IRRIGACION DE 12.5 A 16 CMS. SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS ETMOIDALES DE TAKAHASHI, TAMANO DE CUCHARA 4 X 10 MM, CON CONEXION PARA LIMPIEZA, LONGITUD UTIL 16 CM, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
48	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS	SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFEDECENCIAR INDISTINTAMENTE COMO	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
49	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	TAMAÑO O CALIBRE. POR EJEMPLO: LEGRA O CURETA, OVALADO, CALIBRE "1", LONGITUD ÚTIL DE 17 A 19 CM. SE PERMITA REFERENCIAR COMO: LEGRA PARA ANTRO, OVALADA, TAMAÑO 1, LONGITUD 19 CM. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE OTORRINO 1) NO. 25 Y OTORRINO 3 PED) NO.28: PINZA TIPO JIRAFÁ DE DOBLE CUCHARA, CURVA HACIA ARRIBA DE 45° A 55°. APERTURA HORIZONTAL, DIÁMETRO DE COPA MEDINA O DE 3 MM., LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 10 A 12 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS TIPO JIRAFÁ CON DOBLE CUCHARA, CURVADAS HACIA ARRIBA 55°, ABERTURA HORIZONTAL, CUCHARA 3MM DIÁMETRO, LONGITUD ÚTIL DE 13CM. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
50	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR INDISTINTAMENTE FR, CH O CHARR. POR EJEMPLO: ASPIRADOR DE FERGUSON O FRAZIER DE 8 Y 10 FR. SE PERMITA REFERENCIAR: TUBO DE ASPIRACIÓN DE FERGUSON 8 CHARR Y 10 CHARR. CONSIDERANDO QUE SON SINÓNIMOS DE CHARR LAS UNIDADES FR.	SE ACEPTA LA PROPUUESTA+FS0
51	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 4, TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE 70° DE 2,7 A3 MM., LONGITUD ÚTIL DE 8 A 11 CM., AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE 70° DE 2,7 A 3 MM., LONGITUD ÚTIL DE 8 A 14 CM., AUTOCLAVABLE.	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
52	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 4, TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE 70° DE 2,7 A3 MM., LONGITUD ÚTIL DE 8 A 11 CM., AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: ÓPTICA DE VISIÓN LATERAL PANORÁMICA 70° 3 MM DIÁMETRO, LONGITUD 14 CM, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
53	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 6. DISECTOR (PARA OIDO) DOS EXTREMOS UTILES ACODADOS 90 GRADOS A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA. LONGITUD 16 A 18 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: DISECTOR DE THOMASSIN, DOS EXTREMOS UTILES, EXTREMOS DE CURVATURA SIMPLE A DERECHA O IZQUIERDA, LONGITUD 18 CM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
54	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 6. DISECTOR (PARA OIDO) DOS EXTREMOS UTILES ACODADOS 90 GRADOS A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA. LONGITUD 16 A 18 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: DISECTOR DE THOMASSIN, DOS EXTREMOS UTILES, EXTREMOS CON DOBLE CURVATURA, DERECHA O IZQUIERDA, LONGITUD 18 CM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
55	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 11. CANULAS DE ASPIRACION, CURVA, LUER-LOCK, DE 0.9 A 1 MM DE DIAMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM. CÓNICO O CILINDRICO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: TUBO DE ASPIRACION CILINDRICO LUER, 1MM DIAMETRO EXTERIOR, LONGITUD UTIL 9CM, CURVA (REF. GRÁFICA), DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
56	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 11. CANULAS DE ASPIRACION, CURVA, LUER-LOCK, DE 0.9 A 1 MM DE DIAMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM. CÓNICO O CILINDRICO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: TUBO DE ASPIRACION, 6 MM DE CURVATURA, LUER-LOCK, 0,8 MM DIAMETRO EXTERIOR, LONGITUD 10 CM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
57	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 14. CANULAS DE ASPIRACION, CURVATURA DE 8 MM, LUER-LOCK, 1,6 MM DE DIAMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM. CÓNICO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: TUBO DE ASPIRACION, 8MM DE CURVATURA, 1,6MM DIAMETRO EXTERNO, LUER-LOCK, LONGITUD DE 10CM, CILINDRICO (REF. GRÁFICA), DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
58	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 14. CANULAS DE ASPIRACION, CURVATURA DE 8 MM, LUER-LOCK, 1,6 MM DE DIAMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM. CÓNICO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR:	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-060GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
59	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	TUBO DE ASPIRACIÓN 8MM DE CURVATURA, 1.6MM DIÁMETRO EXTERNO, LUER-LOCK, LONGITUD DE 10CM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 23. FRESAS DE TUNGSTENO, JUEGO DE 14 DE 0.5 MM. A 7 MM. DE DIÁMETRO. 537.199.0168, (REUSABLES) O FRESAS DIAMANTADAS, JUEGO DE 15 PIEZAS, DE 0.6 MM. A 7 MM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: FRESAS DE TUNGSTENO, JUEGO DE 14 DE 0.5 MM. A 7 MM. DE DIÁMETRO. 537.199.0168, (DESECHABLES) O FRESAS DIAMANTADAS, JUEGO DE 15 PIEZAS, DE 0.6 MM. A 7 MM. DE DIÁMETRO 537.199.0176 (DESECHABLES). DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
60	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 2) NO. 23. FRESAS DE TUNGSTENO, JUEGO DE 14 DE 0.5 MM. A 7 MM. DE DIÁMETRO. 537.199.0168, (REUSABLES) O FRESAS DIAMANTADAS, JUEGO DE 15 PIEZAS, DE 0.6 MM. A 7 MM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: FRESAS DIAMANTADAS, JUEGO DE 15 PIEZAS, DE 0.6 MM. A 7 MM. DE DIÁMETRO (DESECHABLES). COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
61	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE GINECO 1) NO. 7. PINZA DE AGARRE TIPO CAIMAN, ROTABLE, DE DOBLE ACCIÓN, DIÁMETRO DE 10 MM., LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 37 CM., SISTEMA DE SUJECIÓN, AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS DE AGARRE DE TEJIDO DE SAWALHE ABERTURA BILATERAL, TAMAÑO 10 MM, LONGITUD 36 CM. GIRATORIA, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. MANGO DE PLÁSTICO CON BLOQUEO QUIRURGICO. VAINA EXTERIOR, AISLADA. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
62	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATÁLOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE GINECO 1) NO. 8. PINZA DE BIOPSIA, ROTABLE Y DESMONTABLE EN DOS O TRES COMPONENTES, DE DOBLE ACCIÓN, DIÁMETRO DE 5 MM., LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 37 CM., SISTEMA DE SUJECIÓN, AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS SACABOCADOS PARA BIOPSIA, CON 2 DIENTES, GIRATORIAS, DESMONTABLES. ABERTURA UNILATERAL. TAMAÑO 5MM. LONGITUD 36 CM. MANGO DE PLÁSTICO CON BLOQUEO QUIRURGICO. DISEÑO ÚNICO	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONTRATACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
63	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	REUTILIZABLE DE TRES COMPONENTES, COMPLETAMENTE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE GINECO 1) NO. 9. PINZA TIPO HARTMAN O CLEVEE DUCK BILL, ROTABLE Y DESMONTABLE EN TRES COMPONENTES, ATRAUMATICA, FENESTRADA, DIAMETRO DE 5 A 6 MM., LONGITUD DE TRABAJO EN EL RANGO DE 31 A 37 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS DE AGARRE DE CROCEOLMI, ATRAUMATICAS, FENESTRADAS, CURVADAS. TAMAÑO 5MM. LONGITUD 36 CM. DISEÑO ÚNICO REUTILIZABLE DE TRES COMPONENTES, COMPLETAMENTE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. GIRATORIA, DESMONTABLE. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE GINECO 1) NO. 16. MANIPULADOR UTERINO REUSABLE, ARTICULADO, CON DELINEADOR VAGINAL COMPLETO O VALVAS DELINEADORAS, CON SISTEMA PARA BLOQUEAR LA SALIDA DEL NEUMOPERITONEO Y DIFERENTES PUNTAS DE LONGITUD (SONDA UTERINA CON ESCALA DE LONGITUD), AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SONDA INTRAUTERINA DE COHEN, CON UN CONO GRANDE Y UNO PEQUEÑO, SOPORTE PARA PINZAS DE GANCHO CON MUELLE CON CONEXIÓN LUER-LOCK PARA LIMPIEZA. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
64	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE GINECO 1) NO. 17. TIJERA TIPO GANCHO, DESMONTABLE EN DOS O TRES PIEZAS, DIAMETRO DE 5 MM., ROTABLE 360° DE ACCION DOBLE, LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 37 CM., AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: TIJERAS DE GANCHO, ABERTURA UNILATERAL, TAMAÑO 5MM., LONGITUD 36 CM. DISEÑO ÚNICO REUTILIZABLE DE TRES COMPONENTES, COMPLETAMENTE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. GIRATORIA, DESMONTABLE. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? GINECO 2) NO. 14 Y CIR PED. 2) NO. 1.4. AJUSTE DE USO EN EL RANGO DE 11 A 12, 15 Y 20 (ESTE ÚLTIMO OPCIONAL) MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EQUIPO DISEÑADO PARA UTILIZAR UN INSTRUMENTO DE 10-12 MM DURANTE LA FRAGMENTACION. MORCELADOR	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
66	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL		FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
67	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	DE 15MM CON OBTURADOR. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? GINECO 2) NO. 1.4 Y CIR PED. 2) NO. 1.4. AJUSTE DE USO EN EL RANGO DE 11 A 12, 15 Y 20 (ESTE ÚLTIMO OPCIONAL) MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EQUIPO MORCELADOR INALAMBRIICO DE 15MM CON OBTURADOR. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
68	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	GINECO 2) NO. 1.8 Y CIR PED. 2) NO. 1.8. CON CUCHILLAS REUSABLES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EQUIPO MORCELADOR INALAMBRIICO, DE BAJO PESO, ESTÉRIL. CUENTA CON 3 POSICIONES DE CUHILLA PARA ELEGIR, PARA AYUDAR EN LA SEGURIDAD Y EL CONTROL DURANTE LA FRAGMENTACION DEL TEJIDO. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
69	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	GINECO 2) NO. 1.8 Y CIR PED. 2) NO. 1.8. CON CUCHILLAS REUSABLES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EQUIPO MORCELADOR INALAMBRIICO, TOTALMENTE DESECHABLE. PUEDE UTILIZARSE TAL Y COMO SE RECIBE EN EL EMBALAJE DE MANERA ESTÉRIL. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
70	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE GINECO 2) NO. 4. TIRABUZON O INSTRUMENTO DE PUNCIÓN DE 5 Y 10 MM., LONGITUD DE 32 A 37 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO PARA LA FIUACIÓN DE MIOMAS, CON PUNTA ESPIRAL, TAMAÑO 5 MM Y 10MMI. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
71	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE GINECO 2) NO. 5. MICROPINZA O MINIPINZA PARA BIOPSIA, REUSABLE, AISLADA, CON QUIJADAS DE ACCION SIMPLE O DOBLE, DIAMETRO DE 5 MM., LONGITUD DE TRABAJO DENTRO DEL RANGO DE 32 A 37 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS PARA BIOPSIA, MANDIBULAS MEDIANAS, MODELO ESTANDAR PARA BIOPSIA DE LA MUCOSA, ABERTURA UNILATERAL, TAMAÑO 5MMI LONGITUD 36 CM REUTILIZABLE, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
72	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ENDOGINECOLOGIA) NO. 2.3 CAMISA INTERNA QUE ACEPTE ASAS Y ELECTRODOS EN EL RANGO DE 21 A 24 CHARR (COMPATIBLE CON LA CAMISA OFERTADA SEGUN TECNOLOGIA DEL FABRICANTE) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: VAINA INTERIOR GIRATORIA CON AISLAMIENTO DE CERAMICA, INCLUIDA CON CAMISA EXTERNA DE RESECTOSCOPIO, ASA DE CORTE COMPATIBLE (REF. GRAFICA), DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
73	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ENDOGINECOLOGIA) NO. 6. PINZAS DE AGARRE PARA FRAGMENTOS PEQUEÑOS ABERTURA UNILATERAL, FLEXIBLES 5 CHARR LONGITUD DE MINIMA DE 32CM A 73CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS DE AGARRE Y BIOPSA, SEMIRRIGIDAS, ABERTURA BILATERAL, 5 CHARR, 34 CM LONGITUD, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA REFERENCIAR EN REGISTRO SANITARIO, LAS CARACTERISTICAS QUE AHI SE DESCRIBAN Y QUE NO SE PUEDEN REFERENCIAR EN NINGUN OTRO DOCUMENTO DEL FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
74	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	ENDOURO 3) NO. 5, Y ENDOURO 4) NO. 4. URETEROSCOPIO SEMIRRIGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: URETEROSCOPIO, DIÁMETRO DE VAINA 8 CHARR, DIRECCIÓN VISUAL 6°, CANAL DE TRABAJO 5CHARR, LONGITUD 43CM, MÁXIMA POTENCIA DE IRRIGACION A TRAVES DEL GRAN CANAL RECTO DE TRABAJO, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
75	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	ENDOURO 3) NO. 5, Y ENDOURO 4) NO. 4. URETEROSCOPIO SEMIRRIGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: URETEROSCOPIO, DIÁMETRO DE VAINA 8 CHARR, DIRECCIÓN VISUAL 6°, CANAL DE TRABAJO 5CHARR, LONGITUD 43CM, MÁXIMA POTENCIA DE IRRIGACION A TRAVES DEL GRAN CANAL RECTO DE TRABAJO, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
76	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	ENDOURO 3) NO. 5, Y ENDOURO 4) NO. 4. URETEROSCOPIO SEMIRRIGIDO: DIÁMETRO EN RANGO DE 4.5 A 9.8 FR. O CHARR, VISIÓN EN EL RANGO DE 0° A 12°, CANAL DE TRABAJO EN EL RANGO DE 2.5 A 5.4 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 30 A 45 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: URETEROSCOPIO, DIÁMETRO DE VAINA 9.5 CHARR, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
77	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	DIRECCIÓN VISUAL 6°, CANAL DE TRABAJO 6 CHARR, LONGITUD 43CM, MÁXIMA POTENCIA DE IRRIGACIÓN A TRAVÉS DEL GRAN CANAL RECTO DE TRABAJO, DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? ENDURO 4) NO. 1. URETROSCOPIO FLEXIBLE: DIÁMETRO EXTERNO DISTAL DE 6 A 7.5 FR. O CHARR, DIÁMETRO EXTERNO PROXIMAL DE 6.9 A 8.8 FR. O CHARR, VISION DE 0° A 5°, CANAL DE TRABAJO DE 3.6 FR. O CHARR. LONGITUD EN EL RANGO DE 40 A 70 CM. CON CAPACIDAD DE ANGULACIÓN TOTAL DE LA PUNTA MINIMA DE 180° HACIA ARRIBA Y 170° HACIA ABAJO SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: URETORRENOFIBROSCOPIO, TAMANO DE VAINA 7.5 CHARR, DIRECCIÓN VISUAL 0°, CANAL DE TRABAJO DE 3.6 CHARR, LONGITUD 67CM, CON ANGULO DE ACODAMIENTO DE 270° HACIA ARRIBA Y 270° HACIA ABAJO, DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? ENDURO 5) NO. 1.1. TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE DIÁMETRO MENOR A 7 MM O 22 FR. DIRECCIÓN VISUAL DE 0° A 30°. OCULAR ANGULADO O LATERAL. CANAL DE TRABAJO DE 3.5 MM. AUTOCLAVABLE. LONGITUD EN EL RANGO DE 19 A 25 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: NEFROSCOPIO PERCUTÁNEO, VISIÓN FRONTAL DE GRAN ANGULAR 6°, OCULAR PARALELO, CON CANAL DE TRABAJO, CON CONEXIÓN LUER-LOCK PARA ALTO FLUJO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. LONGITUD 25CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? ENDURO 5) NO. 1.1. TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE DIÁMETRO MENOR A 7 MM O 22 FR. DIRECCIÓN VISUAL DE 0° A 30°. OCULAR ANGULADO O LATERAL. CANAL DE TRABAJO DE 3.5 MM. AUTOCLAVABLE. LONGITUD EN EL RANGO DE 19 A 25 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: NEFROSCOPIO PERCUTÁNEO, VISIÓN FRONTAL DE GRAN ANGULAR 6°, OCULAR OBLICUO, CON CANAL DE TRABAJO, CON CONEXIÓN LUER-LOCK PARA ALTO FLUJO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. LONGITUD 25CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
78	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	ENDURO 5) NO. 1.1. TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE DIÁMETRO MENOR A 7 MM O 22 FR. DIRECCIÓN VISUAL DE 0° A 30°. OCULAR ANGULADO O LATERAL. CANAL DE TRABAJO DE 3.5 MM. AUTOCLAVABLE. LONGITUD EN EL RANGO DE 19 A 25 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: NEFROSCOPIO PERCUTÁNEO, VISIÓN FRONTAL DE GRAN ANGULAR 6°, OCULAR PARALELO, CON CANAL DE TRABAJO, CON CONEXIÓN LUER-LOCK PARA ALTO FLUJO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. LONGITUD 25CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? ENDURO 5) NO. 1.1. TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE DIÁMETRO MENOR A 7 MM O 22 FR. DIRECCIÓN VISUAL DE 0° A 30°. OCULAR ANGULADO O LATERAL. CANAL DE TRABAJO DE 3.5 MM. AUTOCLAVABLE. LONGITUD EN EL RANGO DE 19 A 25 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: NEFROSCOPIO PERCUTÁNEO, VISIÓN FRONTAL DE GRAN ANGULAR 6°, OCULAR OBLICUO, CON CANAL DE TRABAJO, CON CONEXIÓN LUER-LOCK PARA ALTO FLUJO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. LONGITUD 25CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
79	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	ENDURO 5) NO. 1.1. TELESCOPIO O SISTEMA ÓPTICO DE DIÁMETRO MENOR A 7 MM O 22 FR. DIRECCIÓN VISUAL DE 0° A 30°. OCULAR ANGULADO O LATERAL. CANAL DE TRABAJO DE 3.5 MM. AUTOCLAVABLE. LONGITUD EN EL RANGO DE 19 A 25 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: NEFROSCOPIO PERCUTÁNEO, VISIÓN FRONTAL DE GRAN ANGULAR 6°, OCULAR OBLICUO, CON CANAL DE TRABAJO, CON CONEXIÓN LUER-LOCK PARA ALTO FLUJO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. LONGITUD 25CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
80	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	ENDURO 7) NO. 1. URETROTOMO DE 4 MM DE DIÁMETRO O 12 FR., CON CANAL DE TRABAJO DE A 5 FR. O CHARR INCLUYE:	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
81	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: VAINA DE URETROTOMO DE 21 CHARR. CON CANAL DE TRABAJO (REF. GRAFICA) Y 2 CONOS LUER-LOCK, PARA UTILIZAR CON ÓPTICA DE 4MM DIAMETRO. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? URO 1) NO. 3. APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO, CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLIMERO MEDIDA EXTRA-LARGO SE REQUIERE ÚNICAMENTE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMIA NO ASISTIDA ADULTO, ¿PODEMOS CONSIDERAR QUE EL APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO, SOLO SE REQUIERE INCLUIR EN EL SET CIRUGIA 2? PARA EL SET DE URO 1) NO. 9. PINZA BAJA NUDOS, TIPO GAZAYERLI O SHEDDI), CON LONGITUD DE TRABAJO DE 31 A 36 CM., REUSABLE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO DE ENDOSUTURA DE MANGESHIKAR, LONGITUD 36 CM., INCLUYE: MANGO METÁLICO, SIN BLOQUEO, VAINA EXTERIOR METÁLICA, AISLADA, INSERTO DE TRABAJO. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? URO 2) NO. 3. APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL APLICADOR DE POLIMERO EXTRA LARGO SOLO SE REQUIERE INCLUIR EN EL SET DE CIRUGIA 2, CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLIMERO MEDIDA EXTRA-LARGO ÚNICAMENTE SE REQUIERE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMIA NO ASISTIDA ADULTO. PARA EL SET DE CIRUGIA 1) NO.16. SEPARADOR O RETRACTOR DE HIGADO, (ARTICULADO O RIGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO, DIAMETRO DE 10 MM., 5 VALVAS, LONGITUD DE 33 A 38 CM., CON PUERTO DE LAVADO, AUTOCALVAABLE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: RETRACTOR DE ABANICO, DESMONTABLE, EXTENSIBLE, TAMAÑO 10 MM, LONGITUD 36 CM, 9 VALVAS (REF. GRÁFICA) PARA LA MANIPULACIÓN ATRAUMÁTICA DEL HIGADO. ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
82	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
83	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
84	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

Nº. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
85	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	CIRUGIA 1) NO. 17. TIJERA METZEMBAUM CURVA BIPOLAR, REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, 5 MM., DE DIÁMETRO, LONGITUD DE TRABAJO EN EL RANGO DE 31 A 36 CM. CREEMOS QUE HAY UN ERROR Y LO QUE REQUIEREN ES UNA TIJERA METZEMBAUM DE 5 MM CURVA MONOPOLAR, YA QUE NO ESTA SOLICITADA EN ESTE SET, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
86	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE CIRUGIA 2) NO.10. PINZA BAJA NUDOS (TIPO GAZAYERLI O SHEDID), REUSABLE, DE 5 MM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO DE ENDOSUTURA DE MANGESHIKAR, LONGITUD 36 CM. INCLUYE: MANGO METALICO, SIN BLOQUEO. VAINA EXTERIOR METALICA, AISLADA, INSERTO DE TRABAJO. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
87	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE CIRUGIA 2) NO.16. SEPARADOR O RETRACTOR DE HIGADO, (ARTICULADO O RIGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO. DIÁMETRO DE 10 MM., DE 3 A 9 VALVAS, LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 36 CM., CON PUERTO DE LAVADO, AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: SEPARADOR O RETRACTOR DE HIGADO, (ARTICULADO O RIGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO. DIÁMETRO DE 10 MM., DE 3 A 9 VALVAS, LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 38 CM., CON PUERTO DE LAVADO, AUTOCLAVABLE. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
88	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE CIRUGIA 2) NO.16. SEPARADOR O RETRACTOR DE HIGADO, (ARTICULADO O RIGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO. DIÁMETRO DE 10 MM., DE 3 A 9 VALVAS, LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 36 CM., CON PUERTO DE LAVADO, AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: RETRACTOR EN ABANICO, (5 DEDOS), CON CONEXIÓN LL. 10MM, 380MM. AUTOCLAVABLE. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
89	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE CIRUGIA 2) NO.16. SEPARADOR O RETRACTOR DE HIGADO, (ARTICULADO O RIGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO. DIÁMETRO DE 10 MM., DE 3 A 9 VALVAS, LONGITUD EN EL RANGO DE 31 A 36 CM., CON PUERTO DE LAVADO, AUTOCLAVABLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: RETRACTOR DE ABANICO, DESMONTABLE, EXTENSIBLE, TAMAÑO 10 MM, LONGITUD 36 CM. 9 VALVAS (REF.	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-0500GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
90	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	GRÁFICA) PARA LA MANIPULACIÓN ATRAMÁTICA DEL HIGADO. ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? CIRUGIA 3) NO. 3. APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO, EXTRA-LARGO. CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLIMERO MEDIDA EXTRA-LARGO SE REQUIERE ÚNICAMENTE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA ADULTO. INCLUIDA EN EL SET CIRUGIA 2. ¿SE SOLICITA AMABLAMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITE OFERTAR APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO. EXTRA-LARGO. ÚNICAMENTE EN EL SET CIRUGIA 2. ¿SE ACEPTA? URO 1) NO. 3. URO 2) NO. 3. CIRUGIA 3) NO. 3. APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO. EXTRA-LARGO. CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLIMERO MEDIDA EXTRA-LARGO SE REQUIERE ÚNICAMENTE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMIA NO ASISTIDA ADULTO. ¿PODEMOS CONSIDERAR QUE EL APLICADOR PARA CLIP DE POLIMERO. EXTRA-LARGO. SOLO SE REQUIERE INCLUIR EN EL SET CIRUGIA 2? PARA EL SET DE CIRUGIA 3) NO. 10. PINZA BAJA NUDOS (TIPO GAZAYERLU O SHEDDI). REUSABLE. DE 5 MM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE. NOS PERMITA OFERTAR. INSTRUMENTO DE ENDOSUTURA DE MANGESHIKAR, LONGITUD 36 CM. INCLUYE: MANGO METALICO, SIN BLOQUEO. VAINA EXTERIOR METALICA AISLADA, INSERTO DE TRABAJO. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE CIRUGIA 3) NO. 16. SEPARADOR DE HIGADO O RETRACTOR. (ARTICULADO O RÍGIDO), APERTURA EN FORMA DE ABANICO, DIAMETRO DE 10 MM., 5 VALVAS. LONGITUD DE 38 CM., CON PUERTO DE LAVADO. AUTOCLAVABLE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE. NOS PERMITA OFERTAR. RETRACTOR DE ABANICO. DESMONTABLE. EXTENSIBLE. TAMANO 10 MM, LONGITUD 36 CM. 9 VALVAS (REF. GRÁFICA) PARA LA MANIPULACIÓN ATRAMÁTICA DE EL HIGADO. ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE ARTROS 3) NO. 5. PINZA PICO DE PALARO RECTA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE. NOS PERMITA OFERTAR. INSTRUMENTO ARTHRO-PIECE. RECTO. PARA PASAR LA SUTURA. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
91	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL		NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
92	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL		SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
93	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL		SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
94	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL		NO SE ACEPTA LA PROPUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
95	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 3) NO.5. PINZA PICO DE PAJARO RECTA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO RECTO PARA PASO DE SUTURA, DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
96	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 3) NO.8. PINZA PASASUTURA DE MANGO ROTADOR O EQUIVALENTE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PASADOR DE SUTURA TRUEPASS, CON AUTO-CAPTURA, PARA PROCEDIMIENTOS DEL MANGUITO ROTADOR, DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
97	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 3) NO.11. PINZA PASASUTURA ROTATORIA DE MANGO DE CIGARRO IZQUIERDA O PINZA PASASUTURA Y RECUPERADORA EN UN SOLO PASO PARA MANGO ROTADOR O EQUIVALENTE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO CURVADO HACIA LA IZQUIERDA, MANIJA CURVADA, MANGO DE CIGARRO (REF GRAFICA), DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
98	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 3) NO.13. PINZA PASASUTURA ROTATORIA DE MANGO DE CIGARRO DERECHA O EQUIVALENTE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO CURVADO HACIA LA DERECHA, MANIJA CURVADA, MANGO DE CIGARRO (REF GRAFICA), DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
99	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 3) NO.16. CÁNULAS DILATADORAS EN EL RANGO DE 6.5, A 8.5 MM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: OBTURADOR CANULADO REUSABLE EN EL RANGO DE 6.5, A 8.0 MM, DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
100	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 3) NO.17. ELEVADOR DE PERIOSTIO RECTO Y ANGULADO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: ELEVADOR DE HOMBRO, DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
101	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 3) NO.17. ELEVADOR DE PERIOSTIO RECTO Y ANGULADO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: ELEVADOR DE TEJIDO DE HOMBRO DE 15° Y 30° DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
102	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 4) NO.6. DESTORNILLADOR PARA TORNILLO BIODegradable SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR:	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
			DESTORNILLADOR BIOSURE PARA TORNILLO BIOSURE ABSORBIBLE DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	
103	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 4) NO.20. PINZA DE TEJIDO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA DE COMBINACION, GRASPER (REFERENCIA GRÁFICA), DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUUESTA
104	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 5) NO.5. PINZA DE CANASTA 45° DERECHA E IZQUIERDA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PERFORADORAS DE CANASTA CURVAS DERECHA E IZQUIERDA, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUUESTA
105	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 6) NO.7. PINZA DE CANASTA IZQUIERDA Y DERECHA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PERFORADORA OVAL CURVA IZQUIERDA Y DERECHA, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUUESTA
106	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 6) NO.3. PISTOLA DE INTERCAMBIO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: CANULA RANURADA, LONGITUD DE TRABAJO 6.2". DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUUESTA
107	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 6) NO.9. GANCHO PALPADOR EXTRALARGO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: SONDA DE 3MM DE CADERA, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUUESTA
108	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE ARTROS 6) NO.10. MANGO EN T PARA VARILLA CANULADA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: MANGO EN FORMA DE T MODULAR, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUUESTA
109	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PEDI. NO.13. PINZA DE BIOPSIA Y AGARRE KENNEDY-BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY. CURVA HACIA ARIBA 45°, CON ASPIRACIÓN, CALIBRE "1/4" O SEGUN LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE, OJAJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORCIDA, LONGITUD UTIL EN EL RANGO DE 11 A 12.5 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA DE AGARRE Y BIOPSIA KENNEDY-BLAKESLEY, CURVA HACIA ARIBA 45°, CON CANAL DE ASPIRACION, TAMANO 1, LONGITUD UTIL 12.5CM, DE ACUERDO A	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
110	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	TECNOLOGIA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE OTORRINO 3 PEDI NO.13: PINZA DE BIOPSIA Y AGARRE KENNEDY-BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY, CURVA HACIA ARRIBA 45°, CON ASPIRACIÓN, CALIBRE "1" O SEGÚN LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL EN EL RANGO DE 11 A 12.5 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: FÓRCEPS NASAL BLAKESLEY-WILDE, 11CM LONGITUD, CON TUBO DE SUCCIÓN, TAMAÑO 1, MANDÍBULA 3.5MM, CURVA ARRIBA 45°, DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE OTORRINO 3 PEDI NO.16: PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "1" O SEGÚN LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: FÓRCEPS NASAL BLAKESLEY, 0°. (RECTA REFERENCIA GRÁFICA), TAMAÑO 1, LONGITUD 11CM MANDÍBULA 3.5MM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
111	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PEDI NO.17: PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKESLEY, CALIBRE "0" O SEGÚN LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 5 A 7 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL RECTA BLAKESLEY, TAMAÑO 0, LONGITUD ÚTIL 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE OTORRINO 3 PEDI NO.18: PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "1" O SEGÚN LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
112	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PEDI NO.17: PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKESLEY, CALIBRE "0" O SEGÚN LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 5 A 7 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL RECTA BLAKESLEY, TAMAÑO 0, LONGITUD ÚTIL 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE OTORRINO 3 PEDI NO.18: PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "1" O SEGÚN LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
113	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	PARA EL SET DE OTORRINO 3 PEDI NO.17: PINZA NASAL, RECTA, TIPO BLAKESLEY, CALIBRE "0" O SEGÚN LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 5 A 7 MM DE LARGO POR 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 A 12 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL RECTA BLAKESLEY, TAMAÑO 0, LONGITUD ÚTIL 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? PARA EL SET DE OTORRINO 3 PEDI NO.18: PINZA NASAL, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TIPO BLAKESLEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY, CALIBRE "1" O SEGÚN LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA, LONGITUD ÚTIL DE 11 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE, CURVA HACIA ARRIBA 45°, TAMAÑO 1, LONGITUD ÚTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-0500GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
114	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	<p>PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.19. PINZA NASAL. CURVA HACIA ARRIBA 45°. TIPO BLAKELSELEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "0" O SEGUN LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE. QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 5 A 7 MM DE LARGO POR 2.5 A 3 MM DE ANCHO DE MORDIDA. LONGITUD UTIL DE 11 CM.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE. CURVA HACIA ARRIBA 45°. TAMAÑO 0. LONGITUD UTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p> <p>PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.20. PINZA NASAL. CURVA HACIA ARRIBA 90°. TIPO BLAKELSELEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "2". QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 10 A 12 MM DE LARGO POR 3 A 3.5MM DE ANCHO DE MORDIDA. LONGITUD UTIL DE 11 CM.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE. CURVA HACIA ARRIBA 90°. TAMAÑO 2. LONGITUD UTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p> <p>PARA EL SET DE OTORRINO 3 PED) NO.21. PINZA NASAL. CURVA HACIA ARRIBA 90°. TIPO BLAKELSELEY-WILDE O WEIL-BLAKESLEY. CALIBRE "1" O SEGUN LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE. QUIJADAS O PUNTA DE PINZA DE 8 MM DE LARGO POR 3 A 3.6 MM DE ANCHO DE MORDIDA. LONGITUD UTIL DE 10 A 11 CM.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA NASAL BLAKESLEY-WILDE. CURVA HACIA ARRIBA 90°. TAMAÑO 1. LONGITUD UTIL DE 11CM. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p> <p>OTORRINO 4 PED) 7. DISECTOR DE THOMASSIN. DOS EXTREMOS ÚTILES ACODADOS 90 GRADOS A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA. LONGITUD 16 A 18 CM.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: DISECTOR DE THOMASSIN. DOS EXTREMOS ÚTILES. EXTREMOS DE CURVATURA SIMPLE A LA DERECHA O IZQUIERDA. LONGITUD 18 CM. ¿SE ACEPTA?</p> <p>OTORRINO 4 PED) 12. CANULAS DE ASPIRACION. CURVA. LUER-LOCK. DE 0.9 A 1 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR. LONGITUD 8 A 10 CM. CONICO (CONICO O SEGUN TECNOLOGIA DEL FABRICANTE)</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TUBO DE ASPIRACION CILINDRICO. LUER. 1MM DIÁMETRO EXTERIOR. LONGITUD UTIL 9CM. CURVA (REFERENCIA GRAFICA) DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
115	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	<p>TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL</p>	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
116	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	<p>TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL</p>	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
117	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	<p>TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL</p>	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
118	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	<p>TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL</p>	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
119	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	OTORRINO 4 PED) 12. CANULAS DE ASPIRACIÓN, CURVA, LUER-LOCK, DE 0.9 A 1 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 8 A 10 CM, CÓNICO (CÓNICO O SEGUN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: TUBO DE ASPIRACIÓN, 6 MM DE CURVATURA, LUER-LOCK, 0.8 MM DIÁMETRO EXTERIOR, LONGITUD 10 CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? ENDOURO PED 1)., ENDOURO PED 2) 1 Y ENDOURO PED 3) 2. MINICISTOURETROSCOPIO DE 7 FR. X 10 A 12 CM O 9 FR. X 20 CMS O 16 FR. X 30 CMS CON VISIÓN LATERAL O FRONTAL A ELECCIÓN DEL CIRUJANO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: CISTOURETROSCOPIO PEDIÁTRICO, 6° CON OCULAR OBLICUO, 8 CHARR, LONGITUD 13 CM, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON 2 CONEXIONES LATERALES DE IRRIGACIÓN Y 1 CANAL DE TRABAJO DE 5 CHARR. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
120	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	ENDOURO PED 5) 1. URETROSCOPIO SEMIRRIGIDO, DIÁMETRO DE 4.5 A 8 FR. O CHARR, VISIÓN DE 0° A 6°, CANAL DE TRABAJO DE 2.5 A 5 FR. O CHARR, LONGITUD ÚTIL DE 300 MM COMO MÍNIMO. CANAL DE IRRIGACIÓN DE 3.0 A 4.2 FR. O CHARR SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: URETRO-RENOSCOPIOS SEMIRRIGIDOS. DIÁMETRO DE 7 CHARR., CANAL DE TRABAJO DE 4.8 CHARR PARA UTILIZAR INSTRUMENTOS HASTA 4 CHARR, MÁXIMA POTENCIA DE IRRIGACIÓN A TRAVÉS DEL GRAN CANAL DE TRABAJO, ÓPTICA DIRECCIÓN VISUAL DE 6°, LONGITUD 43 CM, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. ¿SE ACEPTA? ENDOURO PED 7) 1. URETROTOMO QUE INCLUYE: ÓPTICA CON ANGULO DE VISIÓN DE 0° A 5° AUTOCLAVABLE, DIÁMETRO DE 1.9 A 2.1 MM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: ÓPTICA MINIATURIZADA DE VISIÓN FRONTAL 0°, 1,2 MM DIÁMETRO, LONGITUD 20 CM, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
121	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	ENDOURO PED 7) 1.1. CAMISA O VAINA (INCLUIR OBTURADOR) EXTERNA DESDE 7 FR A 8.5FR (INCLUIR AMBAS MEDIDAS), O CHARR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: VAINA DE URETROTOMO, CON LLAVE LUER-LOCK, 10 CHARR, CON OBTURADOR Y 2 CONOS LUER-LOCK, COMPATIBLE CON ELEMENTO DE TRABAJO Y ÓPTICA. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
122	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	ENDOURO PED 7) 1.1. CAMISA O VAINA (INCLUIR OBTURADOR) EXTERNA DESDE 7 FR A 8.5FR (INCLUIR AMBAS MEDIDAS), O CHARR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: VAINA DE URETROTOMO, CON LLAVE LUER-LOCK, 10 CHARR, CON OBTURADOR Y 2 CONOS LUER-LOCK, COMPATIBLE CON ELEMENTO DE TRABAJO Y ÓPTICA. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
123	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	ENDOURO PED 7) 1.1. CAMISA O VAINA (INCLUIR OBTURADOR) EXTERNA DESDE 7 FR A 8.5FR (INCLUIR AMBAS MEDIDAS), O CHARR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: VAINA DE URETROTOMO, CON LLAVE LUER-LOCK, 10 CHARR, CON OBTURADOR Y 2 CONOS LUER-LOCK, COMPATIBLE CON ELEMENTO DE TRABAJO Y ÓPTICA. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
124	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	ENDURO PED 7) 1.1. CAMISA O VAINA (INCLUIR OBTURADOR) EXTERNA DESDE 7 FR A 8.5FR (INCLUIR AMBAS MEDIDAS) . O CHARR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: CAMISA O VAINA (INCLUIR OBTURADOR) EXTERNA DESDE 7 FR A 10FR (SEGUN TECNOLOGIA DEL FABRICANTE) CHARR, YA QUE LA OPTICA COMPATIBLE CON UNA CAMISA EXTERNA MENOR A 8 FR, ES MENOR A LA OPTICA SOLICITADA EN EL NUMERAL 1. ¿SE ACEPTA? URO PED 1) NO. 3. APLICADOR PARA CLIP ABSORBIBLE O DE POLIMERO O DE TITANIO, EXTRA-LARGO SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL APLICADOR DE POLIMERO EXTRA LARGO SOLO SE REQUIERE INCLUIR EN EL SET DE CIRUGIA 2, CONSIDERANDO QUE EL CLIP DE POLIMERO, MEDIDA EXTRA-LARGO ÚNICAMENTE SE REQUIERE PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMIA NO ASISTIDA ADULTO.	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
125	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	CIRUGIA PED 1) NO. 10. PINZA BAJA NUDOS (TIPO GAZAYERLI O SHEDID), DE 3 O 5 MM., DE DIAMETRO, REUSABLE, LONGITUD DE TRABAJO DE 20 A 33 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: ANUDADOR, PARA EL ANUDADO EXTRACORPÓREO, TAMAÑO 3 MM, LONGITUD 20 CM, EXTREMO ABIERTO Y CERRADO EN UN SOLO INSTRUMENTO. DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? CIRUGIA PED 1) NO. 10. PINZA BAJA NUDOS (TIPO GAZAYERLI O SHEDID), DE 3 O 5 MM., DE DIAMETRO, REUSABLE, LONGITUD DE TRABAJO DE 20 A 33 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: INSTRUMENTO DE ENDOSUTURA CLIKLINE DE MANGESHIKAR, LONGITUD 36 CM, INCLUYE: MANGO METALICO, SIN BLOQUEO, VAINA EXTERIOR METALICA, AISLADA, INSERTO DE TRABAJO DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
127	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	CIRUGIA PED 1) NO. 11. PINZA DE DISECCIÓN TIPO MIXTER DE 3 O 5 MM, DE DIAMETRO, REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE CON PUNTA ANGULADA, LONGITUD DE TRABAJO 20 A 33 CM. CIRUGIA PED 1) NO. 19. PINZA DE DISECCIÓN TIPO MIXTER REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE CON PUNTA ANGULADA, DIÁMETRO DE 5 MM., LONGITUD DE TRABAJO EN EL RANGO DE 31A 37 CM, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI REQUIEREN UNA O DOS PINZAS DE DISECCION TIPO MIXTER, DIÁMETRO DE 5 MM, YA QUE SE SOLICITA EN 2	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
128	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL		FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE

Escaneado con el software de firma digital de la Secretaría de Salud



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

Nº. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
129	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	OCASIONES EN ESTE SET. CIRUGIA PED 1) NO. 11. PINZA DE DISECCIÓN TIPO MIXTER DE 3 O 5 MM. DE DIÁMETRO, REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, CON PUNTA ANGULADA, LONGITUD DE TRABAJO 20 A 33 CM. CIRUGIA PED 1) NO. 19. PINZA DE DISECCIÓN TIPO MIXTER REUSABLE, ROTABLE Y DESMONTABLE, CON PUNTA ANGULADA, DIÁMETRO DE 5 MM., LONGITUD DE TRABAJO EN EL RANGO DE 31 A 37 CM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI REQUIERE UNA SOLA PINZA TIPO MIXTER DE 5MM, YA QUE SOLICITAN EN DOS OCASIONES PINZA CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES.	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
130	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	CIRUGIA PED 1) NO. 12. PINZA DE EXTRACCIÓN O DE GARRA, 3 A 3.4MM O 5 MM., DE DIÁMETRO, ROTABLE Y DESMONTABLE, DENTADA, REUSABLE, LARGO DE TRABAJO DE 20 A 33 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS DE GARRA CLICKLINE, 2 X 3 DIENTES, TAMAÑO 5MM. LONGITUD 36 CM. DISEÑO ÚNICO REUTILIZABLE TRES COMPONENTES; COMPLETAMENTE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, GIRATORIA, DESMONTABLE DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
131	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	CIRUGIA PED 1) NO. 16. RETRACTOR HEPÁTICO METÁLICO, MALEABLE, ARTICULADO, QUE AL ACTIVARSE ADQUIERE FORMA TRIANGULAR O DE GANCHO, DIÁMETRO DE 5 MM., REUSABLE, LONGITUD DE 20 A 34 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: FACILMENTE DESMONTABLE PARA LA LIMPIEZA, RETRACTOR DE CUSCHIERI, MALEABLE (REF. GRÁFICA), TAMAÑO 5 MM., LONGITUD 36 CM. DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
132	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	CIRUGIA PED 1) NO. 17. SEPARADOR DE HIGADO, (ARTICULADO O RÍGIDO) DE 5 MM., DE DIÁMETRO DE 3 A 5 VALVAS QUE SE ABREN EN ABANICO, REUSABLE, LONGITUD DE 20 A 34 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: RETRACTOR DE VENTILADOR, ANGULACIÓN MÁXIMA 60°, 3 DEDOS, DESMONTABLE Ø 5 MM 33 CM. ADAPTADOR PARA LIMPIEZA (REFERENCIA GRÁFICA), DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
133	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T.3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	CIRUGIA PED 1) NO. 18. TUJERA METZEMBAUN DE 3 O 5 MM., DE DIÁMETRO, CURVA, BIFOLAR, ROTABLE, DESMONTABLE, REUSABLE, LARGO DE TRABAJO DE 20 A 36 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR:	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICTACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
134	TÉCNICO	ANEXO T 3 : CATALOGO DE SETS INSTRUMENTAL	<p>TIJERA METZEMBAUN DE 3 O 5 MM. DE DIAMETRO, CURVA, BIPOLAR O MONOPOLAR, ROTABLE, DESMONTABLE, REUSABLE, LARGO DE TRABAJO DE 20 A 36 CM. ¿SE ACEPTA?</p> <p>CIRUGIA PED 2) SET DE CIRUGIA PEDIÁTRICA 2. COMPLEMENTARIO PARA LOS PROCEDIMIENTOS: 10.06.117 ESPLNECTOMIA NO ASISTIDA PEDIÁTRICA 10.06.155 CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE ÓRGANO SOLIDO ABDOMINAL PEDIÁTRICA.</p> <p>CONSIDERANDO QUE EL SET DE CIRUGIA PEDIÁTRICA 2, ES UN SET COMPLEMENTARIO, ¿CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR Y LAS CLAVES DE PROCEDIMIENTO 10.06.117 Y 10.06.155 DEBEN INCLUIRSE DENTRO DEL SET CIRUGIA PED 1. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE</p>
135	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>DEBEMOS ENTENDER QUE LAS UNIDADES DE MEDIDA REQUERIDAS EN ESTE ANEXO, PUEDEN SER REFERENCIADAS COMO OTRA UNIDAD DE MEDIDA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON SU EQUIVALENCIA, EJEMPLO: CM. - PIES (FT O) - PULGADA(IN O ") Ó CHARR (CH) - FRENCH (FR)</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.111 COLECTISTECTOMIA CON EXPLORACIÓN DE VIA BILAR PEDIÁTRICA, NUMERAL 8) CATETER DE COLANGIOGRAFIA PARA LA EXPLORACIÓN DE VIAS BILARES DE 5 FR. Y LONGITUD SEGUN COMPLEXION Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE. NOS PERMITA OERTAR: 8) CATETER DE COLANGIOGRAFIA PARA INYECTAR UN MEDIO DE CONTRASTE RADIOPACO A TRAVES DEL CONDUCTO CÍSTICO DENTRO DEL CANAL BILAR, CON TAPA RIGIDA DE 3-20F.</p> <p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</p>
136	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.111 COLECTISTECTOMIA CON EXPLORACIÓN DE VIA BILAR PEDIÁTRICA, NUMERAL 8) CATETER DE COLANGIOGRAFIA PARA LA EXPLORACIÓN DE VIAS BILARES DE 5 FR. Y LONGITUD SEGUN COMPLEXION Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE. NOS PERMITA OERTAR: 8) CATETER DE COLANGIOGRAFIA PARA INYECTAR UN MEDIO DE CONTRASTE RADIOPACO A TRAVES DEL CONDUCTO CÍSTICO DENTRO DEL CANAL BILAR, CON TAPA RIGIDA DE 3-20F.</p> <p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA LA PROPUESTA</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

Nº. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
137	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.011 COLECISTECTOMÍA CON EXPLORACIÓN DE VIA BILIAR ADULTO, NUMERAL 9) CATÉTER DE COLANGIOGRAFÍA PARA LA EXPLORACIÓN DE VIAS BILIARES DE 5 FR. Y LONGITUD SEGUN COMPLEXIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE. NOS PERMITA OFERTAR. 9) CATÉTER DE COLANGIOGRAFÍA PARA INYECTAR UN MEDIO DE CONTRASTE RADIOPAACO A TRAVÉS DEL CONDUCTO CÍSTICO DENTRO DEL CANAL BILIAR, CON TAPA RÍGIDA DE 3-20F ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.017 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA ADULTO. 7) CLIPS VASCULARES DE POLÍMERO 5 MM. (PZA.) NOS PERMITA OFERTAR. 7) CLIPS VASCULARES DE POLÍMERO 5 A 13 MM. (PZA.) DE ACUERDO A COMPATIBILIDAD CON INSTRUMENTAL DE APLICACIÓN SOLICITADO EN EL ANEXO T3 Y TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
138	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.117 ESPLENECTOMÍA NO ASISTIDA PEDIÁTRICA. ** 6) CLIPS VASCULARES DE POLÍMERO 5 MM. (PZA.) NOS PERMITA OFERTAR. 6) CLIPS VASCULARES DE POLÍMERO 5 A 13 MM. (PZA.) DE ACUERDO A COMPATIBILIDAD CON INSTRUMENTAL DE APLICACIÓN SOLICITADO EN EL ANEXO T3 Y TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
139	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO: 4) FRESA PARA HUESO DE 4.2 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD. NOS PERMITA OFERTAR: 4) FRESA PARA HUESO DE 4.0 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO.	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
140	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO: 4) FRESA PARA HUESO DE 4.2 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD. NOS PERMITA OFERTAR: 4) FRESA PARA HUESO DE 4.0 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO.	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-0505GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
141	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGIA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO: 4) FRESA PARA HUESO DE 4.2 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD. NOS PERMITA OFERTAR: 4) FRESA PARA HUESO DE 3.5 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGIA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO: 4) FRESA PARA HUESO DE 4.2 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD. NOS PERMITA OFERTAR: 4) FRESA PARA HUESO DE 4.0 A 5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
142	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGIA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO: 7) ELECTRODO TIPO AGUJA DE 0.5 A 0.8 MM., DE DIÁMETRO Y DE 100 A 110 MM., DE LONGITUD. O NOS PERMITA OFERTAR: 7) ELECTRODO ACTIVO DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/16" DE DIÁMETRO, Y LONGITUD 100 A 110 MM., ¿SE ACEPTA?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL PROCEDIMIENTO EN CUESTION 10.02.004 CIRUGIA DE OIDO, SERA REQUERIDO EL SIGUIENTE PRODUCTO: - CUCHILLA CORTADORA O FRESA CORTANTE COMPATIBLE CON EQUIPO OFERTADO. YA QUE SON NECESARIAS PARA DICHO PROCEDIMIENTO Y NO SE CUENTAN CONTEMPLADO EN EL LISTADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>	<p>SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
143	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL PROCEDIMIENTO EN CUESTION 10.02.004 CIRUGIA DE OIDO, SERA REQUERIDO EL SIGUIENTE PRODUCTO: - CUCHILLA CORTADORA O FRESA CORTANTE COMPATIBLE CON EQUIPO OFERTADO. YA QUE SON NECESARIAS PARA DICHO PROCEDIMIENTO Y NO SE CUENTAN CONTEMPLADO EN EL LISTADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>	<p>SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
144	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL PROCEDIMIENTO EN CUESTION 10.02.004 CIRUGIA DE OIDO, SERA REQUERIDO EL SIGUIENTE PRODUCTO: - CUCHILLA CORTADORA O FRESA CORTANTE COMPATIBLE CON EQUIPO OFERTADO. YA QUE SON NECESARIAS PARA DICHO PROCEDIMIENTO Y NO SE CUENTAN CONTEMPLADO EN EL LISTADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>	<p>FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE</p>

Modelo de acta de junta de aclaraciones de licitación de bienes de consumo básicos y complementarios



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
145	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL PROCEDIMIENTO EN CUESTIÓN 10.02.104 CIRUGIA DE OIDO PEDIATRICO , SERÁ REQUERIDO EL SIGUIENTE PRODUCTO: - CUCHILLA CORTADORA O FRESA CORTANTE COMPATIBLE CON EQUIPO OFERTADO. YA QUE SON NECESARIAS PARA DICHO PROCEDIMIENTO Y NO SE CUENTAN CONTEMPLADO EN EL LISTADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.04.018 LITOTRIZIA URETERAL RÍGIDA ADULTO: 3) GUÍA PARA CATÉTER URETERAL DE ALAMBRE, CON CUBIERTA HIDROFÍLICA, CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 0.035" A 0.038" PULGADAS, LONGITUD DE 145 A 150 CM., PUNTA RECTA FLEXIBLE DE 3 CM. ¿SE PERMITA OFERTAR? 3) GUÍA PARA CATÉTER URETERAL DE ALAMBRE, CON CUBIERTA HIDROFÍLICA, CALIBRE DENTRO DEL RANGO DE 0.035" A 0.038" PULGADAS, LONGITUD DE 145 A 150 CM., PUNTA RECTA FLEXIBLE DE 3 CM A 8 CM ¿SE ACEPTA? ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
146	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.058 PLASTIA DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA ADULTO: 9) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 30 X 30 CM. O" ¿SE PERMITA OFERTAR? 9) MALLA DE POLIPROPILENO DE 25 A 35 CM. X 25 A 35 CM. ¿SE ACEPTA? ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
147	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.058 PLASTIA DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA ADULTO: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL NUMERAL 9 QUE DICE: 9) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 30 X 30 CM. O 1 MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES. 1 DEBE DECIR: 9) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 30 X 30 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES. 1	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
148	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.06.058 PLASTIA DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA ADULTO: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL NUMERAL 9 QUE DICE: 9) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 30 X 30 CM. O 1 MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES. 1 DEBE DECIR: 9) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 30 X 30 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES. 1	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LICITACION


ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
149	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>ESTO AL CONSIDERAR QUE SOLO ES NECESARIO UN PRODUCTO POR PROCEDIMIENTO ¿SE ACEPTA?</p> <p>SOLICITAMOS AMABILMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL SIGUIENTE PRODUCTO: MANGUERA PARA IRRIGACIÓN/ASPIRACION, LONGITUD DE 250 CM., O MAYOR, ESTERIL, ASIGNADO A LAS CLAVES DE PROCEDIMIENTO 10.02.003, 10.02.004, 10.02.103, 10.02.104</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR: 2) MANGUERA DE IRRIGACION PARA CUCHILLAS Y FRESAS, COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUUESTA?</p> <p>10.02.003 CIRUGIA FUNCIONAL ENDOSCOPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO, NUMERAL</p> <p>4) "FRESA PARA HUESO DE 4.2 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD."</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: 4) FRESA PARA HUESO DE 4.0 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 15° Y 12.0 CM., DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA?</p> <p>BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS CLAVE 10.02.902</p> <p>DICE: FRESA CORTANTE O ESFÉRICA PARA HUESO DURO Y CARTILAGO DE 3.2 A 3.5 MM., DIÁMETRO POR 10.5 A 12.5 CM., DE LONGITUD.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: FRESA CORTANTE OVAL PARA HUESO DURO Y CARTILAGO DE 3.2 MM., DIÁMETRO POR 12.5 CM., DE LONGITUD. DE ACUERDO A DESCRIPCION DE FABRICANTE ¿SE ACEPTA?</p> <p>BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS CLAVE 10.02.902</p> <p>DICE: FRESA CORTANTE O ESFERICA PARA HUESO DURO Y CARTILAGO DE 3.2 A 3.5 MM., DIÁMETRO POR 10.5 A 12.5 CM., DE LONGITUD.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: FRESA CORTANTE ESFÉRICA PARA HUESO DURO Y CARTILAGO, ANGULACION DE 12°, 3.0MM, DIÁMETRO POR 12 CM., DE LONGITUD. DE ACUERDO A DESCRIPCION DE</p>	<p>NO SE ACEPTA LA PROPUUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LICITACION</p>
150	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS CLAVE 10.02.902</p> <p>DICE: FRESA CORTANTE O ESFÉRICA PARA HUESO DURO Y CARTILAGO DE 3.2 A 3.5 MM., DIÁMETRO POR 10.5 A 12.5 CM., DE LONGITUD.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: FRESA CORTANTE OVAL PARA HUESO DURO Y CARTILAGO DE 3.2 MM., DIÁMETRO POR 12.5 CM., DE LONGITUD. DE ACUERDO A DESCRIPCION DE FABRICANTE ¿SE ACEPTA?</p> <p>BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS CLAVE 10.02.902</p> <p>DICE: FRESA CORTANTE O ESFERICA PARA HUESO DURO Y CARTILAGO DE 3.2 A 3.5 MM., DIÁMETRO POR 10.5 A 12.5 CM., DE LONGITUD.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: FRESA CORTANTE ESFÉRICA PARA HUESO DURO Y CARTILAGO, ANGULACION DE 12°, 3.0MM, DIÁMETRO POR 12 CM., DE LONGITUD. DE ACUERDO A DESCRIPCION DE</p>	<p>NO SE ACEPTA LA PROPUUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LICITACION</p>
151	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS CLAVE 10.02.902</p> <p>DICE: FRESA CORTANTE O ESFERICA PARA HUESO DURO Y CARTILAGO DE 3.2 A 3.5 MM., DIÁMETRO POR 10.5 A 12.5 CM., DE LONGITUD.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: FRESA CORTANTE ESFÉRICA PARA HUESO DURO Y CARTILAGO, ANGULACION DE 12°, 3.0MM, DIÁMETRO POR 12 CM., DE LONGITUD. DE ACUERDO A DESCRIPCION DE</p>	<p>NO SE ACEPTA LA PROPUUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LICITACION</p>
152	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS CLAVE 10.02.902</p> <p>DICE: FRESA CORTANTE O ESFERICA PARA HUESO DURO Y CARTILAGO DE 3.2 A 3.5 MM., DIÁMETRO POR 10.5 A 12.5 CM., DE LONGITUD.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: FRESA CORTANTE ESFÉRICA PARA HUESO DURO Y CARTILAGO, ANGULACION DE 12°, 3.0MM, DIÁMETRO POR 12 CM., DE LONGITUD. DE ACUERDO A DESCRIPCION DE</p>	<p>SI, SE ACEPTA SU PROPUUESTA</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
153	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS CLAVE 10.02.903 DICE: "FRESA PARA HUESO DE 4.2 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: FRESA PARA HUESO DE 4.0 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 70° Y 13.0 CM., DE LONGITUD. DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS CLAVE 10.02.903 DICE: "FRESA PARA HUESO DE 4.2 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR COMO: FRESA PARA HUESO DE 4.0 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 15° Y 12.0 CM., DE LONGITUD. DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL PROCEDIMIENTO: 10.02.004 CIRUGÍA DE OÍDO SERÁ REQUERIDO EL SIGUIENTE PRODUCTO: "CUCHILLA CORTADORA FRESA YA QUE SON NECESARIAS PARA EL ACCESO Y LA CORRECTA PREPARACIÓN DE LA CAVIDAD ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?"	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LICITACIÓN
154	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS CLAVE 10.02.903 DICE: "FRESA PARA HUESO DE 4.2 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR COMO: FRESA PARA HUESO DE 4.0 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 15° Y 12.0 CM., DE LONGITUD. DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL PROCEDIMIENTO: 10.02.004 CIRUGÍA DE OÍDO SERÁ REQUERIDO EL SIGUIENTE PRODUCTO: "CUCHILLA CORTADORA FRESA YA QUE SON NECESARIAS PARA EL ACCESO Y LA CORRECTA PREPARACIÓN DE LA CAVIDAD ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?"	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
155	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS CLAVE 10.02.903 DICE: "FRESA PARA HUESO DE 4.2 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR COMO: FRESA PARA HUESO DE 4.0 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 15° Y 12.0 CM., DE LONGITUD. DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL PROCEDIMIENTO: 10.02.004 CIRUGÍA DE OÍDO SERÁ REQUERIDO EL SIGUIENTE PRODUCTO: "CUCHILLA CORTADORA FRESA YA QUE SON NECESARIAS PARA EL ACCESO Y LA CORRECTA PREPARACIÓN DE LA CAVIDAD ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?"	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
159	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>TORACOSCOPIA DE MEDIASTINO Y CORAZÓN PEDIÁTRICA. 10.07.101 TORACOSCOPIA CON CORRECCIÓN DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS TORÁCICAS, NUMERAL 1 10.07.102 TORACOSCOPIA DIAGNÓSTICA, NUMERAL 1 10.07.103 TORACOSCOPIA DIAGNÓSTICA CON TOMA DE BIOPSIA, NUMERAL 1 DICE: "TRÓCARES FLEXIBLES PUNTA ROMA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3, 5, 10, 11, 12 Y 15 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 65 A 150 MM., DE LONGITUD, SEGÚN COMPLEJIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE." SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: "TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5, 10, 11, 12 Y 15 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 65 A 150 MM., DE LONGITUD, SEGÚN COMPLEJIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE." ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
160	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>TORACOSCOPIA DE MEDIASTINO Y CORAZÓN PEDIÁTRICA. 10.07.101 TORACOSCOPIA CON CORRECCIÓN DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS TORÁCICAS, NUMERAL 1 10.07.102 TORACOSCOPIA DIAGNÓSTICA, NUMERAL 1 10.07.103 TORACOSCOPIA DIAGNÓSTICA CON TOMA DE BIOPSIA, NUMERAL 1 DICE: "TRÓCARES FLEXIBLES PUNTA ROMA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3, 5, 10, 11, 12 Y 15 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 65 A 150 MM., DE LONGITUD, SEGÚN COMPLEJIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE." SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: "TRÓCARES FLEXIBLES PUNTA ROMA, REUSABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 3, 5, 10, 11 Y 12 MM., DE DIÁMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 85 MM., DE LONGITUD, SEGÚN COMPLEJIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE."</p>	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-0505GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
161	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	ESTOS COMPATIBLES CON INSTRUMENTAL OFERTADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 10.04.119. LITOTRICA VESICAL PEDIÁTRICA NUMERAL 4) "CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 4 FR. X 65 A 70 CM., DE LONGITUD, DE 4 ALAMBRES." SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: 4) CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 4,5 FR. X 65 CM., DE LONGITUD, DE 4 ALAMBRES. DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE A CUAL DE ESTAS DOS CLAVES 10.04.917 Y 10.04.925 PERTENECE LA DESCRIPCIÓN: DILATADOR URETERAL DE BALÓN DE 3.8 A 5.8 MM X 10 CM., Ø 4 MM. X 10 CM. PARA PEDIATRÍA 3.8 A 5.8 MM X 4 CM DE LONGITUD DE BALÓN. YA QUE LA DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRA REPETIDA EN LAS CLAVES MENCIONADAS. BIENES COMPLEMENTARIOS CLAVE "10.04.915 "DILATADOR URETERAL DE BALÓN DE 3.8 FR. X 10 CM., Ø 4 FR. X 10 CM. PARA PEDIATRÍA 3.8 A 4 FR X 4 CM DE LONGITUD DE BALÓN." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA DESCRIPCIÓN SE REFIERE A: DILATADOR URETERAL DE BALÓN DE 3.8 MM X 10 CM., Ø 4 MM X 10 CM. PARA PEDIATRÍA 3.8 A 4 MM X 4 CM DE LONGITUD DE BALÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? 10.04.115 URETROTOMIA INTERNA PEDIÁTRICA. NUMERAL 3) "MANGUERA EN Y CON CONTROL DE GOTEO." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR: 3) MANGUERA PARA IRIGACION/ASPIRACION, ESTÉRIL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 10.06.047 PROSTATECTOMIA LAPAROSCÓPICA. NUMERAL 10 *SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 MM., CON VALVULA PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRES: 18 O 20 O 22 FR." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA DESCRIPCIÓN SE REFIERE A: SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 ML., CON VALVULA PARA	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
162	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	ESTOS COMPATIBLES CON INSTRUMENTAL OFERTADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 10.04.119. LITOTRICA VESICAL PEDIÁTRICA NUMERAL 4) "CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 4 FR. X 65 A 70 CM., DE LONGITUD, DE 4 ALAMBRES." SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: 4) CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 4,5 FR. X 65 CM., DE LONGITUD, DE 4 ALAMBRES. DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE A CUAL DE ESTAS DOS CLAVES 10.04.917 Y 10.04.925 PERTENECE LA DESCRIPCIÓN: DILATADOR URETERAL DE BALÓN DE 3.8 A 5.8 MM X 10 CM., Ø 4 MM. X 10 CM. PARA PEDIATRÍA 3.8 A 5.8 MM X 4 CM DE LONGITUD DE BALÓN. YA QUE LA DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRA REPETIDA EN LAS CLAVES MENCIONADAS. BIENES COMPLEMENTARIOS CLAVE "10.04.915 "DILATADOR URETERAL DE BALÓN DE 3.8 FR. X 10 CM., Ø 4 FR. X 10 CM. PARA PEDIATRÍA 3.8 A 4 FR X 4 CM DE LONGITUD DE BALÓN." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA DESCRIPCIÓN SE REFIERE A: DILATADOR URETERAL DE BALÓN DE 3.8 MM X 10 CM., Ø 4 MM X 10 CM. PARA PEDIATRÍA 3.8 A 4 MM X 4 CM DE LONGITUD DE BALÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? 10.04.115 URETROTOMIA INTERNA PEDIÁTRICA. NUMERAL 3) "MANGUERA EN Y CON CONTROL DE GOTEO." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR: 3) MANGUERA PARA IRIGACION/ASPIRACION, ESTÉRIL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 10.06.047 PROSTATECTOMIA LAPAROSCÓPICA. NUMERAL 10 *SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 MM., CON VALVULA PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRES: 18 O 20 O 22 FR." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA DESCRIPCIÓN SE REFIERE A: SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 ML., CON VALVULA PARA	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
163	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	ESTOS COMPATIBLES CON INSTRUMENTAL OFERTADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 10.04.119. LITOTRICA VESICAL PEDIÁTRICA NUMERAL 4) "CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 4 FR. X 65 A 70 CM., DE LONGITUD, DE 4 ALAMBRES." SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: 4) CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 4,5 FR. X 65 CM., DE LONGITUD, DE 4 ALAMBRES. DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE A CUAL DE ESTAS DOS CLAVES 10.04.917 Y 10.04.925 PERTENECE LA DESCRIPCIÓN: DILATADOR URETERAL DE BALÓN DE 3.8 A 5.8 MM X 10 CM., Ø 4 MM. X 10 CM. PARA PEDIATRÍA 3.8 A 5.8 MM X 4 CM DE LONGITUD DE BALÓN. YA QUE LA DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRA REPETIDA EN LAS CLAVES MENCIONADAS. BIENES COMPLEMENTARIOS CLAVE "10.04.915 "DILATADOR URETERAL DE BALÓN DE 3.8 FR. X 10 CM., Ø 4 FR. X 10 CM. PARA PEDIATRÍA 3.8 A 4 FR X 4 CM DE LONGITUD DE BALÓN." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA DESCRIPCIÓN SE REFIERE A: DILATADOR URETERAL DE BALÓN DE 3.8 MM X 10 CM., Ø 4 MM X 10 CM. PARA PEDIATRÍA 3.8 A 4 MM X 4 CM DE LONGITUD DE BALÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? 10.04.115 URETROTOMIA INTERNA PEDIÁTRICA. NUMERAL 3) "MANGUERA EN Y CON CONTROL DE GOTEO." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR: 3) MANGUERA PARA IRIGACION/ASPIRACION, ESTÉRIL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 10.06.047 PROSTATECTOMIA LAPAROSCÓPICA. NUMERAL 10 *SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 MM., CON VALVULA PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRES: 18 O 20 O 22 FR." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA DESCRIPCIÓN SE REFIERE A: SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 ML., CON VALVULA PARA	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
164	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	ESTOS COMPATIBLES CON INSTRUMENTAL OFERTADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 10.04.119. LITOTRICA VESICAL PEDIÁTRICA NUMERAL 4) "CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 4 FR. X 65 A 70 CM., DE LONGITUD, DE 4 ALAMBRES." SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: 4) CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 4,5 FR. X 65 CM., DE LONGITUD, DE 4 ALAMBRES. DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE A CUAL DE ESTAS DOS CLAVES 10.04.917 Y 10.04.925 PERTENECE LA DESCRIPCIÓN: DILATADOR URETERAL DE BALÓN DE 3.8 A 5.8 MM X 10 CM., Ø 4 MM. X 10 CM. PARA PEDIATRÍA 3.8 A 5.8 MM X 4 CM DE LONGITUD DE BALÓN. YA QUE LA DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRA REPETIDA EN LAS CLAVES MENCIONADAS. BIENES COMPLEMENTARIOS CLAVE "10.04.915 "DILATADOR URETERAL DE BALÓN DE 3.8 FR. X 10 CM., Ø 4 FR. X 10 CM. PARA PEDIATRÍA 3.8 A 4 FR X 4 CM DE LONGITUD DE BALÓN." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA DESCRIPCIÓN SE REFIERE A: DILATADOR URETERAL DE BALÓN DE 3.8 MM X 10 CM., Ø 4 MM X 10 CM. PARA PEDIATRÍA 3.8 A 4 MM X 4 CM DE LONGITUD DE BALÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? 10.04.115 URETROTOMIA INTERNA PEDIÁTRICA. NUMERAL 3) "MANGUERA EN Y CON CONTROL DE GOTEO." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR: 3) MANGUERA PARA IRIGACION/ASPIRACION, ESTÉRIL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 10.06.047 PROSTATECTOMIA LAPAROSCÓPICA. NUMERAL 10 *SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 MM., CON VALVULA PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRES: 18 O 20 O 22 FR." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA DESCRIPCIÓN SE REFIERE A: SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 ML., CON VALVULA PARA	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
165	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	ESTOS COMPATIBLES CON INSTRUMENTAL OFERTADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 10.04.119. LITOTRICA VESICAL PEDIÁTRICA NUMERAL 4) "CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 4 FR. X 65 A 70 CM., DE LONGITUD, DE 4 ALAMBRES." SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR COMO: 4) CANASTILLA DE DORMIA DE NITINOL DE 4,5 FR. X 65 CM., DE LONGITUD, DE 4 ALAMBRES. DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE A CUAL DE ESTAS DOS CLAVES 10.04.917 Y 10.04.925 PERTENECE LA DESCRIPCIÓN: DILATADOR URETERAL DE BALÓN DE 3.8 A 5.8 MM X 10 CM., Ø 4 MM. X 10 CM. PARA PEDIATRÍA 3.8 A 5.8 MM X 4 CM DE LONGITUD DE BALÓN. YA QUE LA DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRA REPETIDA EN LAS CLAVES MENCIONADAS. BIENES COMPLEMENTARIOS CLAVE "10.04.915 "DILATADOR URETERAL DE BALÓN DE 3.8 FR. X 10 CM., Ø 4 FR. X 10 CM. PARA PEDIATRÍA 3.8 A 4 FR X 4 CM DE LONGITUD DE BALÓN." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA DESCRIPCIÓN SE REFIERE A: DILATADOR URETERAL DE BALÓN DE 3.8 MM X 10 CM., Ø 4 MM X 10 CM. PARA PEDIATRÍA 3.8 A 4 MM X 4 CM DE LONGITUD DE BALÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? 10.04.115 URETROTOMIA INTERNA PEDIÁTRICA. NUMERAL 3) "MANGUERA EN Y CON CONTROL DE GOTEO." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR: 3) MANGUERA PARA IRIGACION/ASPIRACION, ESTÉRIL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 10.06.047 PROSTATECTOMIA LAPAROSCÓPICA. NUMERAL 10 *SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 MM., CON VALVULA PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRES: 18 O 20 O 22 FR." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA DESCRIPCIÓN SE REFIERE A: SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 ML., CON VALVULA PARA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-125-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
166	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VIAS; CALIBRES: 18 O 20 O 22 FR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?"</p> <p>BIENES COMPLEMENTARIOS CLAVE 10.04.915 DICE DILATADOR URETERAL DE BALÓN DE 3.8 FR. X 10 CM., Ó 4 FR. X 10 CM. PARA PEDIATRÍA 3.8 A 4 FR X 4 CM DE LONGITUD DE BALÓN."</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA DESCRIPCIÓN SE REFIERE A: DILATADOR URETERAL DE BALÓN DE 3.8 MM X 10 CM., Ó 4 MM X 10 CM. PARA PEDIATRÍA 3.8 A 4 MM X 4 CM DE LONGITUD DE BALÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?"</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS: 10.04.018 LITOTRICIA URETERAL RÍGIDA ADULTO, NUMERAL 4 10.04.020 LITOTRICIA URETERAL FLEXIBLE ADULTO (LÁSER), NUMERAL 8 10.06.039 PIELOURETEROLITOMIA POR LAPAROSCOPIA ADULTO, NUMERAL 9 SE SOLICITA: "SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA DE: GUIA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL. LONGITUD. 24 CM CALIBRE. 5 FR CATETER URETERAL DE POLIURETANO. LONGITUD 70 CM CALIBRE 5 FR POSICIONADOR, RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD. 0"</p> <p>SE PERMITE OFERTAR: "SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J" 5 FR, LONGITUD 24 CM, EL CUAL INCLUYE STENT, GUIA Y POSICIONADOR COMPATIBLES ENTRE SI", DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?"</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 10.04.906 SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA DE: GUIA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL. LONGITUD. 24 CM CALIBRE. 5 FR CATETER URETERAL DE POLIURETANO. RADIOPACO. CON POSICIONADOR. O NOS PERMITA OFERTAR COMO: 10.04.906, SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J" 5 FR, LONGITUD 24 CM, EL CUAL INCLUYE</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
167	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SE PERMITE OFERTAR: "SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J" 5 FR, LONGITUD 24 CM, EL CUAL INCLUYE STENT, GUIA Y POSICIONADOR COMPATIBLES ENTRE SI", DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?"</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 10.04.906 SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA DE: GUIA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL. LONGITUD. 24 CM CALIBRE. 5 FR CATETER URETERAL DE POLIURETANO. RADIOPACO. CON POSICIONADOR. O NOS PERMITA OFERTAR COMO: 10.04.906, SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J" 5 FR, LONGITUD 24 CM, EL CUAL INCLUYE</p>	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
168	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SE PERMITE OFERTAR: "SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J" 5 FR, LONGITUD 24 CM, EL CUAL INCLUYE STENT, GUIA Y POSICIONADOR COMPATIBLES ENTRE SI", DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?"</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 10.04.906 SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA DE: GUIA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL. LONGITUD. 24 CM CALIBRE. 5 FR CATETER URETERAL DE POLIURETANO. RADIOPACO. CON POSICIONADOR. O NOS PERMITA OFERTAR COMO: 10.04.906, SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J" 5 FR, LONGITUD 24 CM, EL CUAL INCLUYE</p>	SE ACEPTA LA PROPUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
169	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	STENT, GUIA Y POSICIONADOR COMPATIBLES ENTRE SI, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? 10.04.016 LITOTRIZIA PERCUTÁNEA NUMERAL 7 "AGUA DE PUNCIÓN PERCUTÁNEO DE TRES ELEMENTOS." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR: AGUA DE PUNCIÓN PERCUTÁNEO DE DOS O TRES ELEMENTOS, DE ACUERDO A TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA? 10.04.115 URETROTOMIA INTERNA PEDIÁTRICA, NUMERAL 3	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
170	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	"MANGUERA EN Y CON CONTROL DE GOTEÓ." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR: MANGUERA PARA IRRIGACION/ASPIRACION, LONGITUD DE 250 CM., O MAYOR, ESTERIL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL PROCEDIMIENTO 10.01.012 ARTROSCOPIA DE MUÑECA/CODO/TORILLO CON IMPLANTE, SERÁ REQUERIDO EL SIGUIENTE PRODUCTO: PUNTA DE RASURADOR AGRESIVA O SEMIAGRESIVA PARA APLICACIONES EN RESECCION DE TEJIDO BLANDO DESDE 2MM HASTA 4.0 MM O FRESA OVALADA PARA RESECCION AGRESIVA DE HUESO DESDE 2 MM. SONDA O PUNTA DERADIOFRECUENCIA O PLASMA MONOPOLAR O BIPOLAR ANGULADA O RECTA U OVAL, PARA PEQUEÑAS ARTICULACIONES. YA QUE SON NECESARIAS PARA LA CORRECTA PREPARACIÓN DE LA CAVIDAD PREVIA COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE REPARACIÓN DE PEQUEÑAS ARTICULACIONES. FAVOR DE ACLARAR	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
171	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.01.011 ARTROSCOPIA DE HOMBRO CON IMPLANTE. ¿) SISTEMA PARA REPARACIÓN DE LABRUM, TIPO ANCLA BLOCOMPUESTA DE 2.0 A 3.0 MM., CON UNA O DOS SUTURAS O ANCLA METÁLICA AUTOROSCANTE CON UNA SUTURA DE 2.0MM A 3.5 MM., SUTURA DE 2 O 4 HILOS MONTADA EN PIEZA DE MANO. ACLARE SI LA DESCRIPCIÓN SE REFIERE A: ¿) SISTEMA PARA REPARACIÓN DE LABRUM, TIPO ANCLA	SI SE REQUIERE YA QUE SON PARA ARTICULACIONES PEQUEÑAS
172	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS		ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
173	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	BIOCMPUESTA DE 2.0 A 3.0 MM., CON UNA O DOS SUTURAS O ANCLA METÁLICA AUTORROSCANTE DE 2.0MM A 3.5 MM. CON UNA SUTURA DE 2 O 4 HILOS MONTADA EN PIEZA DE MANO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LA SIGUIENTE CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.01.011 ARTROSCOPIA DE HOMBRO CON IMPLANTE. 7) SISTEMA PARA REPARACIÓN DE MANGO ROTADOR, TIPO ANCLA O TORNILLO BIODEGRADABLE TIPO SACA DE CORCHOS, MONTADO EN PIEZA DE MANO Y SUTURA DE 3.5 A 6.5 MM., DE DIÁMETRO. O ACLARE SI LA DESCRIPCIÓN SE REFIERE A: 7) SISTEMA PARA REPARACIÓN DE MANGO ROTADOR, TIPO ANCLA O TORNILLO BIODEGRADABLE TIPO SACA CORCHOS DE 3.5 A 6.5 MM. DE DIÁMETRO Y SUTURA MONTADA EN PIEZA DE MANO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
174	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA EL PROCEDIMIENTO 10.01.013 ARTROSCOPIA DE CADERA SIN IMPLANTE, SERÁ REQUERIDO EL SIGUIENTE PRODUCTO: PUNTA DE RASURADOR, SONDA O PUNTA DE RADIOFRECUENCIA, CÁNULA ROSCADA GUÍA DE NITINOL Y AGUJAS ARTROSCÓPICAS PARA ACCESO YA QUE SON NECESARIAS PARA EL ACCESO Y LA CORRECTA PREPARACIÓN DE LA CAVIDAD PREVIA COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE REPARACIÓN. FAVOR DE ACLARAR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO. 4) CUCHILLA CORTADORA PARA HUESO Y TEJIDO SUAVE DE 3.5 A 4.2 MM., DE DIÁMETRO, DE 10.5 A 11 CM., DE LONGITUD. O NOS PERMITA OFERTAR: 4) CUCHILLA CORTADORA PARA HUESO Y TEJIDO SUAVE DE 4 MM., DE DIÁMETRO, DE 12 CM., DE LONGITUD DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
175	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO. 4) CUCHILLA CORTADORA PARA HUESO Y TEJIDO SUAVE DE 3.5 A 4.2 MM., DE DIÁMETRO, DE 10.5 A 11 CM., DE LONGITUD. O NOS PERMITA OFERTAR: 4) CUCHILLA CORTADORA PARA HUESO Y TEJIDO SUAVE DE 4 MM., DE DIÁMETRO, DE 12 CM., DE LONGITUD DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
176	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGIA FUNCIONAL ENDOSCOPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO. 4) CUCHILLA CORTADORA PARA HUESO Y TEJIDO SUAVE, ANGULACION DE 30° A 40°, 4.0 A 4.2 MM., DE DIAMETRO POR 10.5 A 11 CM., DE LONGITUD. O NOS PERMITA OFERTAR: 4) CUCHILLA CORTADORA PARA HUESO Y TEJIDO SUAVE, ANGULACION DE 35°, 4.0 MM., DE DIAMETRO POR 12 CM., DE LONGITUD. DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
177	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGIA FUNCIONAL ENDOSCOPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO. 4) CUCHILLA CORTADORA PARA HUESO Y TEJIDO SUAVE, ANGULACION DE 30° A 40°, 3.5 A 4.0 MM., DE DIAMETRO POR 10.5 A 11 CM., DE LONGITUD. O NOS PERMITA OFERTAR COMO: 4) CUCHILLA CORTADORA PARA HUESO Y TEJIDO SUAVE, ANGULACION DE 40°, 4.0 MM., DE DIAMETRO POR 12 CM., DE LONGITUD. DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
178	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGIA FUNCIONAL ENDOSCOPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO. 4) CUCHILLA CORTADORA PARA HUESO Y TEJIDO SUAVE, ANGULACION DE 30° A 40°, 3.5 A 4.0 MM., DE DIAMETRO POR 10.5 A 11 CM., DE LONGITUD. O NOS PERMITA OFERTAR COMO: 4) CUCHILLA CORTADORA PARA HUESO Y TEJIDO SUAVE, ANGULACION DE 40°, 3.0 MM., DE DIAMETRO POR 12 CM., DE LONGITUD. DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.


Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
179	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO. 4) FRESA CORTANTE ESFÉRICA PARA HUESO DURO Y CARTILAGO DE 3.2 A 3.5 MM., DIÁMETRO POR 10.5 A 12.5 CM., DE LONGITUD. O NOS PERMITA OFERTAR COMO: 4) FRESA CORTANTE OVAL PARA HUESO DURO Y CARTILAGO DE 3.2 MM., DIÁMETRO POR 12.5 CM., DE LONGITUD. DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
180	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO. 4) FRESA CORTANTE ESFÉRICA PARA HUESO DURO Y CARTILAGO DE 3.2 A 3.5 MM., DIÁMETRO POR 10.5 A 12.5 CM., DE LONGITUD. O NOS PERMITA OFERTAR COMO: 4) FRESA CORTANTE ESFÉRICA PARA HUESO DURO Y CARTILAGO, ANGULACIÓN DE 12°, 3.0MM, DIÁMETRO POR 12 CM., DE LONGITUD. DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
181	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL PROCEDIMIENTO 10.02.003 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO. 4) FRESA PARA HUESO DE 4.2 A 4.5 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 45° A 70° Y 11.5 A 13.0 CM., DE LONGITUD. NOS PERMITA OFERTAR COMO: 4) FRESA PARA HUESO DE 4 MM., DE DIÁMETRO, CON ANGULACIÓN DE 70° Y 13.0 CM., DE LONGITUD. DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE

[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
182	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS 10.06.003 BYPASS GASTRICO, 10.06.032 MANGA GASTRICA</p> <p>7) TROCARES Y CAMISAS PARA CIRUGIA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 10, 11, 12 Y 15 MM., DE DIAMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VALVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 150 MM., DE LONGITUD, SEGUN COMPLEXION Y CONSTITUCION DEL PACIENTE.</p> <p>NOS ACLARE SI LO SOLICITADO SE REFIERE A: TROCARES Y CAMISAS PARA CIRUGIA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE 5, 10, 11, 12 Y 15 MM., DE DIAMETRO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN DE FILOS, CON VALVULA DE PASO LUER-LOCK, DE 65 A 150 MM., DE LONGITUD, SEGUN COMPLEXION Y CONSTITUCION DEL PACIENTE.</p> <p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS 10.06.013 COLECTOMIA NO ASISTIDA,</p> <p>14) RETRACTOR DE INCISION, NOS PERMITA OFERTAR COMO:</p> <p>14) RETRACTOR DE HERIDA, CON SU DEBIDA REFERENCIACION GRÁFICA.</p> <p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, ¿SE ACEPTA?</p>	ES CORRECTO, SOLO QUE LA LONGITUD ES DE 150MM.
183	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS 10.02.003 CIRUGIA FUNCIONAL ENDOSCOPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS ADULTO</p> <p>5) CUCHILLA CORTADORA CURVA CON MORRIDA EXTERNA PARA TEJIDO SUAVE.</p> <p>CONSIDERE ELIMINAR ESTE RENGLÓN YA QUE EN NUESTRA EXPERIENCIA NO SE REQUIERE Y SOLO ENCARNECE EL PROCEDIMIENTO, ¿SE ACEPTA?</p>	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
184	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS		FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
185	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS:</p> <p>10.04.018 LITOTRICIA URETERAL RÍGIDA ADULTO, NUMERAL 4</p> <p>10.04.020 LITOTRICIA URETERAL FLEXIBLE ADULTO (LÁSER), NUMERAL 8</p> <p>10.06.039 PIELOURETEROLITOTOMIA POR LAPAROSCOPIA ADULTO, NUMERAL 9</p> <p>10.06.060 PIELOPLASTIA ADULTO, NUMERAL 9</p> <p>10.06.061 REIMPLANTE URETERO VESICAL LAPAROSCÓPICA ADULTO, NUMERAL 9</p> <p>CLAVE DE</p> <p>10.04.906 BIENES COMPLEMENTARIOS</p> <p>ACLARE SI LO SOLICITADO EN LOS NUMERALES MENCIONADOS SE REFIERE A:</p> <p>SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J" DE: 5 FR. A 7 FR. LONGITUD DE 24 A 26 CM, EL CUAL INCLUYE STENT, GUÍA Y POSICIONADOR COMPATIBLES ENTRE SI, DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS PARTICIPANTES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS:</p> <p>10.04.018 LITOTRICIA URETERAL RÍGIDA ADULTO, NUMERAL 4</p> <p>10.04.020 LITOTRICIA URETERAL FLEXIBLE ADULTO (LÁSER), NUMERAL 8</p> <p>10.06.039 PIELOURETEROLITOTOMIA POR LAPAROSCOPIA ADULTO, NUMERAL 9</p> <p>EN LOS QUE SE SOLICITA:</p> <p>SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA DE: GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL, LONGITUD 24 CM CALIBRE 6 FR CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO, LONGITUD 70 CM CALIBRE 6 FR POSICIONADOR, RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD. O"</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR COMO:</p> <p>SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J" 6 FR, LONGITUD 24 CM, EL CUAL INCLUYE STENT, GUÍA Y POSICIONADOR COMPATIBLES ENTRE SI, DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
186	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS:</p> <p>10.04.018 LITOTRICIA URETERAL RÍGIDA ADULTO, NUMERAL 4</p> <p>10.04.020 LITOTRICIA URETERAL FLEXIBLE ADULTO (LÁSER), NUMERAL 8</p> <p>10.06.039 PIELOURETEROLITOTOMIA POR LAPAROSCOPIA ADULTO, NUMERAL 9</p> <p>EN LOS QUE SE SOLICITA:</p> <p>SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA DE: GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL, LONGITUD 24 CM CALIBRE 6 FR CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO, LONGITUD 70 CM CALIBRE 6 FR POSICIONADOR, RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD. O"</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR COMO:</p> <p>SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J" 6 FR, LONGITUD 24 CM, EL CUAL INCLUYE STENT, GUÍA Y POSICIONADOR COMPATIBLES ENTRE SI, DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
189	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS: 10.06.060 PIELOPLASTIA ADULTO, NUMERAL 9 10.06.061 REIMPLANTE URETERO VESICAL LAPAROSCOPIA ADULTO, NUMERAL 9 EN LOS QUE SE SOLICITA: SET Ó EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", RADIOPACO, CONSTA DE: GUIA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL, LONGITUD DE 24 A 26 CM., CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO 4.5 FR. A 7 FR., LONGITUD DE 70 CM., POSICIONADOR DE 4.7 FR. A 7 FR., DE 50 CM., DE LONGITUD. SE NOS PERMITA OFERTAR COMO: SET Ó EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J" 4.7 FR. A 7 FR., LONGITUD DE 24 A 26 CM. EL CUAL INCLUYE STENT, GUIA Y POSICIONADOR COMPATIBLES ENTRE SI, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
190	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>10.04.020 LITOTRIZIA URETERAL FLEXIBLE ADULTO (LASER), NUMERAL 10° Sonda de drenaje urinario de permanencia prolongada de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 1.5 a 3 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo foley de dos vías: calibre 18 a 22 FR. O SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR: Sonda de drenaje urinario de permanencia prolongada de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo foley de dos vías: calibre 18 a 22 FR. ODE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
191	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL PROCEDIMIENTO: 10 06 039 PIELOURETEROLITOTOMIA POR LAPAROSCOPIA ADULTO, NUMERAL 9 EN EL QUE SE SOLICITA: SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", RADIOPACO, CONSTA DE: GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL, LONGITUD DE 24 CM., CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO 4.7 FR. O MAYOR, LONGITUD DE 70 CM., POSICIONADOR DE 5 FR. O MAYOR, DE 50 CM., DE LONGITUD. O SE PERMITA OFERTAR COMO: SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J" 5 FR. O MAYOR, LONGITUD DE 24 CM, EL CUAL INCLUYE STENT, GUÍA Y POSICIONADOR COMPATIBLES ENTRE SÍ, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? BIENES COMPLEMENTARIOS CLAVE 10.04.912 DICE: "DILATADOR URETERAL DE BALÓN, HIDRÁULICO DE 6 FR. X 10 CM, INCLUYE SISTEMA DE INFLADO." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA DESCRIPCIÓN SE REFIERE A: "DILATADOR URETERAL DE BALÓN, HIDRÁULICO DE 6 MM X 10 CM, INCLUYE SISTEMA DE INFLADO. ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS: 10.04.018 LITOTRIZIA URETERAL RÍGIDA ADULTO, NUMERAL 4 10.04.020 LITOTRIZIA URETERAL FLEXIBLE ADULTO (LASER), NUMERAL 8 10.06.039 PIELOURETEROLITOTOMIA POR LAPAROSCOPIA ADULTO, NUMERAL 9 SE SOLICITA: "SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA DE: GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL, LONGITUD. 24 CM CALIBRE. 7 FR CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO, LONGITUD 70 CM CALIBRE 7 FR POSICIONADOR, RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD O" SE PERMITE OFERTAR: SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J" 7 FR, LONGITUD 24 CM, EL CUAL INCLUYE STENT, GUÍA Y POSICIONADOR COMPATIBLES ENTRE SÍ, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
192	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS: 10.04.018 LITOTRIZIA URETERAL RÍGIDA ADULTO, NUMERAL 4 10.04.020 LITOTRIZIA URETERAL FLEXIBLE ADULTO (LASER), NUMERAL 8 10.06.039 PIELOURETEROLITOTOMIA POR LAPAROSCOPIA ADULTO, NUMERAL 9 SE SOLICITA: "SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA DE: GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL, LONGITUD. 24 CM CALIBRE. 7 FR CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO, LONGITUD 70 CM CALIBRE 7 FR POSICIONADOR, RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD O" SE PERMITE OFERTAR: SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J" 7 FR, LONGITUD 24 CM, EL CUAL INCLUYE STENT, GUÍA Y POSICIONADOR COMPATIBLES ENTRE SÍ, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	ES CORRECTO SU APRECIACIÓN
193	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS: 10.04.018 LITOTRIZIA URETERAL RÍGIDA ADULTO, NUMERAL 4 10.04.020 LITOTRIZIA URETERAL FLEXIBLE ADULTO (LASER), NUMERAL 8 10.06.039 PIELOURETEROLITOTOMIA POR LAPAROSCOPIA ADULTO, NUMERAL 9 SE SOLICITA: "SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA DE: GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL, LONGITUD. 24 CM CALIBRE. 7 FR CATÉTER URETERAL DE POLIURETANO, LONGITUD 70 CM CALIBRE 7 FR POSICIONADOR, RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD O" SE PERMITE OFERTAR: SET O EQUIPO DE CATÉTERES URETERALES DOBLE "J" 7 FR, LONGITUD 24 CM, EL CUAL INCLUYE STENT, GUÍA Y POSICIONADOR COMPATIBLES ENTRE SÍ, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
 No. LA-50-GYR-050GYR002-T-123-2023
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
194	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 10.01.903 ANCLAS BIODEGRADABLE O COMPUESTAS SIN NUDO DE 2.6 A 6.5 MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 10.01.903 ANCLA PK DE SUTURA DE 4.5 A 5.5 MM. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 10.01.903 ANCLAS BIODEGRADABLE O COMPUESTAS SIN NUDO DE 2.6 A 6.5 MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 10.01.903 ANCLA DE SUTURA SIN NUDO DE 2.6 A 6.5 MM. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
195	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 10.01.911 SISTEMA DE FIJACIÓN DEL REBORDE GLENOIDEO, CON CABEZA DE 2.8 A 3.5 MM., DE DIÁMETRO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 10.01.911 ANCLA DE TI SUTURA DE 2.8MM Y 3.5 MM, ESTERIL, PARA LA FIJACIÓN DEL TEJIDO BLANDO DE INESTABILIDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
196	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 10.01.912 SISTEMA DE REPARACIÓN DE MUÑECA, CODO Y TOBILLOS TIPO ANCLA ENTRE 1.7 A 3.7 MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 10.01.912 ANCLA DE TI SUTURA DE 2.8MM Y 3.5 MM, ESTERIL, PARA LA FIJACIÓN DEL TEJIDO BLANDO DE INESTABILIDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
197	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 10.01.912 SISTEMA DE REPARACIÓN DE MUÑECA, CODO Y TOBILLOS TIPO ANCLA ENTRE 1.7 A 3.7 MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 10.01.912 ANCLA DE TI SUTURA DE 2.8MM Y 3.5 MM, ESTERIL, PARA LA FIJACIÓN DEL TEJIDO BLANDO DE INESTABILIDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
198	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABIEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 10.01.912 SISTEMA DE REPARACION DE MUÑECA, CODO Y TOBILLOS TIPO ANCLA ENTRE 1.7 A 3.7 MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 10.01.912 ANCLA DE SUTURA CURVA DE 2.3MM, ESTERIL, PARA LA FIJACION DEL TEJIDO BLANDO DE INESTABILIDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>SOLICITAMOS AMABIEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 10.01.915 SISTEMA DE REDUCCION ACROMIO CLAVICULAR POR BOTONES CORTICALES Y SUTURA DE ESPECIALIDAD. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 10.01.915 KIT DE REPARACION AC, INCLUYE IMPLANTE AC, ALAMBRE PARA PASAR SUTURAS Y EMPUJADOR DE NUDOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA LA PROPUESTA</p>
199	TÉCNICO	ANEXO T 4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABIEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 10.01.921 SUTURA DE ALTA RESISTENCIA DE DIÁMETRO 00 O SUTURA DE ALTA RESISTENCIA 2-0 DE DIÁMETRO DE POLILETILENO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 10.01.921 SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR 2-0 BLANCA Y AGUJAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
200	TÉCNICO	5.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO CATALOGO:	<p>SOLICITAMOS AMABIEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 10.01.921 SUTURA DE ALTA RESISTENCIA DE DIÁMETRO 00 O SUTURA DE ALTA RESISTENCIA 2-0 DE DIÁMETRO DE POLILETILENO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 10.01.921 SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR 2-0 BLANCA Y AGUJAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA LA PROPUESTA</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

Nº. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
201	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS:</p> <p>10.04.904 Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicona o totalmente de silicona, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable; tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 FR.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>10.04.904 Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicona, con globo de auto retención de 5 y 30 cc., estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 FR.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS:</p> <p>10.02.901 Sonda de canal independiente hemostática universal de doble balón para control de epistaxis de 30 cc y de 10 cc (tamaño 4.5 a 9 cm).</p>	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
202	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>EN BASE A NUESTRA EXPERIENCIA, ESTE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO NO CUENTA CON UN CONSUMO HABITUAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE VALORE LA ELIMINACIÓN DE ESTE ÍNSUMO DENTRO EL CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO. ADICIONAL QUE SU APLICACIÓN SE ENFOCA A PROCEDIMIENTOS DE CRANEOTOMÍA, LO QUE NO TENDRÍA AFECTACIONES EN LOS SMI PARA PMI. ¿SE ACEPTA?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE ACEPTE UNA VARIACIÓN +/- 10% EN LAS MEDIDAS PARA EL SIGUIENTE PRODUCTO PARA LA CLAVE DE PROCEDIMIENTO 10.02.103 CIRUGÍA FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE NARIZ, SENOS PARANASALES Y ESTRUCTURAS ANEXAS PEDIÁTRICA:</p> <p>4) FRESA PARA HUESO DE 3.0 A 3.5 MM., DE DIÁMETRO POR 7.8 A 11 CM., DE LONGITUD.</p> <p>ESTO SIN AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
203	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS		FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Número de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
204	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LAS SIGUIENTES CLAVES DE PROCEDIMIENTO: 10.06.158 PLASTIA DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA PEDIÁTRICA</p> <p>8) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES.</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>8) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES O MALLA DE POLIPROPILENO 15 A 30 X 15 A 30 CM</p> <p>ESTO SI AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LAS SIGUIENTES CLAVES DE PROCEDIMIENTO: 10.06.058 PLASTIA DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA ADULTO. 10.06.059 PLASTIA DE HERNIA VENTRAL.</p> <p>9) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES.</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>9) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 36 X 25 A 36 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES O MALLA DE POLIPROPILENO 15 A 30 X 15 A 30 CM</p> <p>ESTO SI AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE</p>
205	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LAS SIGUIENTES CLAVES DE PROCEDIMIENTO: 10.06.158 PLASTIA DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA PEDIÁTRICA.</p> <p>8) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES.</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>8) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 36 X 25 A 36 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES O MALLA DE POLIPROPILENO 15 A 30 X 15 A 30 CM</p> <p>ESTO SI AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA LA PROPUESTA</p>
206	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LAS SIGUIENTES CLAVES DE PROCEDIMIENTO: 10.06.158 PLASTIA DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA PEDIÁTRICA.</p> <p>8) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES.</p> <p>NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>8) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 36 X 25 A 36 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES O MALLA DE POLIPROPILENO 15 A 30 X 15 A 30 CM</p> <p>ESTO SI AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE</p>

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION.
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
207	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA LAS SIGUIENTES CLAVES DE PROCEDIMIENTO 10.06.058 PLASTIA DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA ADULTO, 10.06.059 PLASTIA DE HERNIA VENTRAL. 9) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES. ¿SE PERMITA OFERTAR? 9) MALLA DE POLIGLACTINA 910 DE 25 A 35 X 25 A 35 CM. O MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO Y ÁCIDO POLIGLICOLICO DE DOS SUPERFICIES O MALLA DE POLIPROPILENO 15 A 30 X 15 A 30 CM ESTO SI AFECTAR AL RESTO DE LOS LICITANTES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
208	TÉCNICO	ANEXO T.4 : CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ESTA CLAVE DEL CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS: 10.02.901. Sonda de canal independiente HEMOSTÁTICA UNIVERSAL DE DOBLE BALÓN PARA CONTROL DE EPISTAXIS DE 30 CC Y DE 10 CC (TAMAÑO 4.5 A 9 CM) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 10.02.901. Sonda de canal independiente HEMOSTÁTICA UNIVERSAL DE DOBLE BALÓN PARA CONTROL DE EPISTAXIS (TAMAÑO 4.5 A 9 CM). Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
209	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR LAS MEDIDAS QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADAS EN CATALOGOS, MEDIANTE COPIA SIMPLE DE CARTA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR QUE CONFIRME QUE EL MATERIAL DESCRITO EN LOS ANEXOS T2, T3 Y T4 (EQUIPO, INSTRUMENTAL Y BIENES DE CONSUMO) CUMPLE CON LAS MEDIDAS SOLICITADAS Y PRESENTADAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
210	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.3 FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LA MARCA SOBRE LOS PUNTOS QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADOS EN FOLLETO, CATALOGO, FOTOGRAFIAS, MANUALES. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-0505GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
211	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR, SOLO COPIA SIMPLE DEL ULTIMO DOCUMENTO DE REGISTRO SANITARIO (REGISTRO PRORROGA O MODIFICACION), COMPLETO, VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. ¿SE ACEPTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR EN LOS REGISTROS SANITARIOS AQUELLAS CARACTERISTICAS O DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN CASO DE REQUERIRSE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LA MARCA QUE AVALE LOS PUNTOS QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADOS EN FOLLETO, CATALOGO, FOTOGRAFIAS, MANUALES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LICITACION
212	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.3 FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES	¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA REFERENCIAR EN LOS REGISTROS SANITARIOS AQUELLAS CARACTERISTICAS O DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN CASO DE REQUERIRSE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LA MARCA QUE AVALE LOS PUNTOS QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADOS EN FOLLETO, CATALOGO, FOTOGRAFIAS, MANUALES. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
213	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.3 FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE ACEPTE UNA VARIACION +/- 10% EN LAS MEDIDAS DE BIENES DE CONSUMO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL VIGENTE. ¿SE ACEPTA? ANEXO T15 REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR INCLUIR EL CAMPO OOAD/UMAE, ASI COMO EL CAMPO DE FIANZA, YA QUE SE REQUIERE ACTUALMENTE.	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
214	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.3 FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE ACEPTE UNA VARIACION +/- 10% EN LAS MEDIDAS DE BIENES DE CONSUMO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL VIGENTE. ¿SE ACEPTA? ANEXO T15 REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR INCLUIR EL CAMPO OOAD/UMAE, ASI COMO EL CAMPO DE FIANZA, YA QUE SE REQUIERE ACTUALMENTE.	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LICITACION
215	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T15 REPORTE MENSUAL	ANEXO T19 (T DIECINUEVE) DESIGNACION DE SUPERVISOR EN INSTALACION Y MANTENIMIENTO ENTENDEMOS QUE EN EL RECUADRO DE "IDENTIFICACION OFICIAL" DEBERA ASENTARSE SOLO EL NUMERO DE ALGUNA IDENTIFICACION OFICIAL CON LA QUE EL PERSONAL ESTE EN CONDICIONES DE IDENTIFICARSE. ¿ES CORRECTA MI APRECIACION? ANEXO T20 (T VEINTE) DESIGNACION DE TECNICOS EN SITIO Y SUPERVISOR DE OPERACION ADMINISTRATIVA ENTENDEMOS QUE EN EL RECUADRO DE "IDENTIFICACION OFICIAL" DEBERA ASENTARSE SOLO EL NUMERO DE ALGUNA IDENTIFICACION OFICIAL CON LA QUE EL PERSONAL ESTE EN CONDICIONES DE IDENTIFICARSE. ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?	SI, SE ACEPTA Y REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE.
216	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T19 (T DIECINUEVE) DESIGNACION DE SUPERVISOR	ANEXO T19 (T DIECINUEVE) DESIGNACION DE SUPERVISOR EN INSTALACION Y MANTENIMIENTO ENTENDEMOS QUE EN EL RECUADRO DE "IDENTIFICACION OFICIAL" DEBERA ASENTARSE SOLO EL NUMERO DE ALGUNA IDENTIFICACION OFICIAL CON LA QUE EL PERSONAL ESTE EN CONDICIONES DE IDENTIFICARSE. ¿ES CORRECTA MI APRECIACION? ANEXO T20 (T VEINTE) DESIGNACION DE TECNICOS EN SITIO Y SUPERVISOR DE OPERACION ADMINISTRATIVA ENTENDEMOS QUE EN EL RECUADRO DE "IDENTIFICACION OFICIAL" DEBERA ASENTARSE SOLO EL NUMERO DE ALGUNA IDENTIFICACION OFICIAL CON LA QUE EL PERSONAL ESTE EN CONDICIONES DE IDENTIFICARSE. ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?	NO ES CORRECTO, DEBERA ASENTAR EL NOMBRE (INE, LICENCIA) Y NUMERO
217	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T20 (T VEINTE) DESIGNACION DE TECNICOS	ANEXO T20 (T VEINTE) DESIGNACION DE TECNICOS EN SITIO Y SUPERVISOR DE OPERACION ADMINISTRATIVA ENTENDEMOS QUE EN EL RECUADRO DE "IDENTIFICACION OFICIAL" DEBERA ASENTARSE SOLO EL NUMERO DE ALGUNA IDENTIFICACION OFICIAL CON LA QUE EL PERSONAL ESTE EN CONDICIONES DE IDENTIFICARSE. ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?	NO ES CORRECTO, DEBERA ASENTAR EL NOMBRE (INE, LICENCIA) Y NUMERO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
218	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T20 (T VEINTE) DESIGNACION DE TECNICOS	ANEXO T20 (T VEINTE) DESIGNACION DE TECNICOS EN SITIO Y SUPERVISOR DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL LLENADO DE LA COLUMNA TÉCNICO EN SITIO/SUPERVISOR.	DEBERA DE LLENAR CON EL NOMBRE DEL TECNICO EN SITIO ASIGNADO A CUBRIR EL PROCEDIMIENTO, NOMBRE DE SU TITULO ACADEMICO, TELEFONO FIJO DE OFICINA, NUMERO DE CELULAR DEL TECNICO EN SITIO, CORREO ELECTRONICO OFICIAL DEL TECNICO EN SITIO, LA UNIDAD MEDICA QUE TIENE ASIGNADA, EL TURNO DE ATENCION (MATUTINO/VESPERTINO), NUMERO DE IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE Y FIRMA AUTOGRAFA DE ACEPTACION CONFORME A SU INE.
219	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T22 (T VEINTIDOS) RELACION DE DOCUMENTOS A EVALUAR	ANEXO T22 (T VEINTIDOS) RELACION DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL LLENADO DE LA COLUMNA CONOCIMIENTOS ACADEMICOS.	CORRESPONDE AL GRADO DE ESTUDIO MAXIMOS DEL CAPITAL HUMANO
220	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T22 (T VEINTIDOS) RELACION DE DOCUMENTOS A EVALUAR	ANEXO T22 (T VEINTIDOS) RELACION DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL LLENADO DE LA COLUMNA EXPERIENCIA LABORAL.	CORRESPONDE A LOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO QUE OCUPA DENTRO DE EMPRESA
221	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T22 (T VEINTIDOS) RELACION DE DOCUMENTOS A EVALUAR	ANEXO T22 (T VEINTIDOS) RELACION DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL LLENADO DE LA COLUMNA TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON EL SERVICIO, ES LA SUMA DE LOS AÑOS DE TODO EL PERSONAL TÉCNICO O ES EL PROMEDIO DE LA SUMA DE LOS AÑOS DE TODO EL PERSONAL TÉCNICO, FAVOR DE ACLARAR.	CORRESPONDE ALA EXPERIENCIA INDIVIDUAL DEL CADA TECNICO
222	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T23 PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICA DOCUMENTAL	ANEXO T23 (T VEINTITRES) PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICA DOCUMENTAL ANEXO T23 PROPUESTA EQUIPO. EN LA SECCIÓN DOCUMENTAL, EN EL CASO DE LA COLUMNA "FECHA DE VIGENCIA REG SSA" CUANDO SE MENCIONE EL "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" DOF EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014. ¿QUE FECHA DE VIGENCIA DEBERA COLOCARSE?	DEBERA DE COLOCAR LA FECHA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION QUE MENCIONA QUE DICHO INSUMO NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO Y ADJUNTA LA COPIA DEL DOF DEBIDAMENTE IDENTIFICADA
223	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T26 CONTROL DE PRODUCTIVIDAD, BCG Y BCC DE LA CTSI	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR INCLUIR EL CAMPO DEL CONTRATO O PARTIDA, ASI COMO TÉCNICO QUE PRESTO EL SERVICIO, SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
224	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES ANEXO T30 (T TREINTA) CARTA COMPROMISO DE EQUIPO	MENTIONA EL ANEXO T30 "PRESENTAR LA BITACORA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, EN EL CUAL ASEGURE QUE NO HA TENIDO MÁS DE TRES FALLAS	SI ES CORRECTA LA APRECIACIÓN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
225	TÉCNICO	MEDICO ANEXO T6 REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CONSECUTIVAS". ENTENDEMOS QUE DICHA BITÁCORAS SOLO SE PRESENTARÁ POSTERIOR AL FALLO DEL EQUIPO. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ANEXO T6 REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MEDICOS E INSTRUMENTAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INCLUIR EL CAMPO UNIDAD MEDICA, DERIVADO QUE ES UN REPORTE DE MANTENIMIENTO.	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE
226	LEGAL - ADMINISTRATIVA	TERMINOS Y CONDICIONES 17. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD PARA GARANTIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ADECUADOS, SE DEBERÁ ENVIAR EL FORMATO T26 "CONTROL DE PRODUCTIVIDAD, BIENES BÁSICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DE LA CTSI", VALIDADO POR LA OOAD/UMAE AL CORREO CTSI.PMI@MSS.GOB.MX DONDE SE REGISTRARÁN LOS PMI REALIZADOS A LOS PACIENTES, CON TODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS, ASÍ MISMO LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DEL PROPIO SERVICIO COMO: NÚMERO DE CONTRATO, FECHA DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO AL PACIENTE, PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL, IMPORTE CON IVA, NOMBRE Y MATRÍCULA DEL MÉDICO QUE AUTORIZO, ETC. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE CON NÚMERO DE CONTRATO, IMPORTE TOTAL, IMPORTE CON IVA, YA QUE EL ANEXO T26 "CONTROL DE PRODUCTIVIDAD, BIENES BÁSICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DE LA CTSI" NO CUENTA CON ESTOS CAMPOS, FAVOR DE ACLARAR EXPERIENCIA DEL LICITANTE	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
227	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.17 EXPERIENCIA DEL LICITANTE	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA ENTREGAR COPIA DE LOS CONTRATOS SIN ANEXOS, YA QUE ESTOS LLEGAN A ESTAR CONFORMADOS POR MÁS DE 300 PÁGINAS. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA


ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
228	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.19 METODOLOGÍA.	INCISO A), B), C), D) Y E) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTEN LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO QUE MANEJA MI REPRESENTADA, SOLO LOS QUE CORRESPONDEN A CADA INCISO PARA COMPROBAR LA METODOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
229	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.1 PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR, SOLO COPIA SIMPLE DEL ÚLTIMO DOCUMENTO DE REGISTRO SANITARIO (REGISTRO, PRORROGA O MODIFICACIÓN), COMPLETO, VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA APEGARSE A LAS BASES DE LICITACION
230	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR EN REGISTRO SANITARIOS AQUELLAS CARACTERÍSTICAS EXPRESAS QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADAS EN FOLLETOS, CATALOGOS O MANUALES. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
231	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.1 PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE ACEPTE UNA VARIACIÓN +/- 10% EN LAS MEDIDAS DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL VIGENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA APEGARSE A LAS BASES DE LICITACION
232	TÉCNICO	CONVOCATORIA ANEXO NÚMERO 1 (UNO) RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS	DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 6.3 FRACCIÓN V. DICE: "...COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS DESCritos EN EL NUMERAL 2.1 Y 2.2 DE LAS PRESENTES BASES, SEGUN CORRESPONDA". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE HACE REFERENCIA CON EL NUMERAL 2.2 YA QUE DENTRO DE LA CONVOCATORIA NO SE ENCUENTRA MENCIONADO DICHO NUMERAL.	SOLO DEBERA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2.1 COMO SE SOLICITA EN EL PUNTO 6.3 FRACCIÓN V. DE LAS BASES
233	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO 3. EQUIPO MÉDICO	DICE: "LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO... CONFORME DISTRIBUCIÓN ESTABLECIDA EN EL ANEXO T11. "DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE DICHO ANEXO O ACLARE EN BASE A QUE INFORMACIÓN SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO E INSTRUMENTAL, YA QUE EN EL APARTADO DE FORMATOS CONTIENE LA SIGUIENTE LEYENDA: "ANEXO T11 (T ONCE) GUIA DE DISTRIBUCION DE EQUIPO MEDICO NO APLICA PARA JALISCO"	REMITIRSE A LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
234	TÉCNICO	ANEXO TECNICO 3. EQUIPO MÉDICO	DICE: "... SE REQUIERE DE EQUIPOS NUEVOS O USADOS ESTOS ULTIMOS DE NO MAS DE 10 AÑOS CERRO MESES DE FABRICACIÓN" DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE A: SE REQUIERE DE EQUIPOS NUEVOS O USADOS ESTOS ULTIMOS DE NO MAS DE 10 AÑOS CERRO MESES DE FABRICACIÓN (A PARTIR 2014) ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
235	TÉCNICO	CONVOCATORIA ANEXO T23 PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICA DOCUMENTAL	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL ANEXO T23 CORRESPONDIENTE A INSTRUMENTAL Y BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO YA QUE EL FORMATO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CONVOCATORIA MENCIONA UNICAMENTE EL FORMATO T23 PROPUESTA DE EQUIPOS DICE: "...FORMATO T30 CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MEDICO QUE AVALE LOS 10 (DIEZ) AÑOS CERRO MESES DE FABRICACIÓN (A PARTIR 2014)" ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBE RESPETAR LO REFERIDO EN ESTE NUMERAL, EN RELACION A VIGENCIA DEL EQUIPO MEDICO QUE AVALE LOS 10 (DIEZ) AÑOS CERRO MESES DE FABRICACIÓN (A PARTIR 2014)?	SE ENCUENTRA EN EL PUNTO 5.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO CATALOGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y EN EL ANEXO T1
236	TÉCNICO	TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.7 FECHA DE FABRICACIÓN DE SUS EQUIPOS:	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL ANEXO T23 CORRESPONDIENTE A INSTRUMENTAL Y BIENES DE CONSUMO BASICO Y COMPLEMENTARIO YA QUE EL FORMATO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CONVOCATORIA MENCIONA UNICAMENTE EL FORMATO T23 PROPUESTA DE EQUIPOS	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
237	TÉCNICO	ANEXO TECNICO ANEXO T23 PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICA DOCUMENTAL	LOS LICITANTES QUE OFERTEN BIENES DE IMPORTACIÓN, DEBERÁN ENVIAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE SUSCRIBAN, DE MANERA CONJUNTA CON EL FABRICANTE QUE LOS BIENES IMPORTADOS CUMPLEN CON LAS REGLAS DE ORIGEN ESTABLECIDAS EN EL CAPITULO DE COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO DEL TRATADO QUE CORRESPONDA	SE ENCUENTRA EN EL PUNTO 5.2 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO CATALOGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y EN EL ANEXO T1
238	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL- ADMINISTRATIVA, INCISO K	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE ESCRITO SE PRESENTE SOLAMENTE FIRMADO POR EL LICITANTE Y EN HOJA MEMBRETADA DE MI REPRESENTADA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
239	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL- ADMINISTRATIVA, INCISO K	EN CASO QUE LA RESPUESTA A MI PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS SE ACEPTE ESTE ANEXO FIRMADO EN FORMA CONJUNTA CON EL FILIAL EN MÉXICO, DISTRIBUIDOR PRIMARIO O POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SE PRESENTE ESCRITO SOLAMENTE FIRMADO POR EL LICITANTE Y EN HOJA MEMBRETADA DE SU REPRESENTADA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,
PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Numero de pregunta	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
240	LEGAL - ADMINISTRATIVA	7.3 PREVIO A LA FIRMA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 7.3 PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO APLICA SOLO AL LICITANTE ADJUDICADO Y NO DEBERÁ FORMAR PARTE DE NUESTRA PROPUESTA ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
241	LEGAL - ADMINISTRATIVA	14.1 PERÍODO DE CONTRATACIÓN	EL (LOS) CONTRATO(S) QUE EN SU CASO, SEA(N) FORMALIZADO(S) CON MOTIVO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CONTARÁ(N) CON UN PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL PERÍODO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, DEBIDO QUE EN LA CARÁTULA DE LAS BASES MENCIONA QUE LA VIGENCIA ES DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023. FAVOR DE ACLARAR	PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023
242	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.4.2.18 ESPECIALIDAD DE LICITANTE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE INCISO NOS PERMITA PRESENTAR LOS MISMOS CONTRATOS DEL INCISO 2.4.2.17 EXPERIENCIA DEL LICITANTE CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA
243	LEGAL - ADMINISTRATIVA	BITÁCORA DE INCIDENCIAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR HACIENDO PROPIO TERMINOS Y CONDICIONES Y ANEXO TÉCNICO, MEDIANTE TRANSCRIPCIÓN EN PAPEL MEMBRADO DE MI REPRESENTADA EN ARCHIVO WORD EDITABLE Y PDF NO MODIFICABLE Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA

Aclaraciones por parte de la convocante

Del anexo técnico del apartado de "Catálogo de Procedimientos" se eliminan los paquetes 2, 3, 4 y 5

Del anexo T2 "Equipo Médico" del paquete 1 se elimina otorrinolaringología, los paquetes 2, 3, 4 y 5 así como grupo etario pediatria.

De Términos y Condiciones del anexo T3 "Catálogo de Sets Instrumental" del paquete 1 se elimina otorrino 1, gineco 1, gineco 2, gineco 1, gineco 2, procedimientos de endocrinología, los paquetes 2 y 3 así como grupo etario pediatria.

Del anexo T4 "Catálogo de Bienes de Consumo Básicos y Complementarios" se elimina lo siguiente:

- 10.02.003 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas adulto.
- 10.02.004 Cirugía de oído
- 10.03.001 Histeroscopia básica.
- 10.03.002 Histeroscopia operatoria.
- 10.06.001 Ablación y resección de endometriosis por laparoscopia.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION,
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

- 10.06.021 Histerectomía.
- 10.06.026 Laparoscopia de ovario.
- 10.06.027 Laparoscopia etaplicadora para cáncer ginecológico.
- 10.06.028 Laparoscopia para embarazo ectópico.
- 10.06.033 Miomecтомía.
- Paquete 2, 3 y 4 así como grupo etario pediatría.

Se modifican los siguientes anexos para quedar de la siguiente manera:

**ANEXO T6 (T SEIS)
 REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MEDICOS E INSTRUMENTAL**

OOAD: PROVEEDOR:	UNIDAD MEDICA:	FECHA DEL REPORTE		
		DÍA:	MES:	AÑO:
		FECHA DE REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO		
		DÍA:	MES:	AÑO:
NÚMERO DE CONTRATO:		FOLIO DEL REPORTE:		
NOMBRE DEL EQUIPO:	EQUIPO (S) O INSTRUMENTAL SUJETO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
CLAVE DEL CUADRO BÁSICO:				
MARCA Y MODELO:				
NÚMERO DE SERIE:	DETALLAR EL TRABAJO REALIZADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO:			
ESPECIFICAR SI HUBO SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS, PIEZAS, SISTEMAS O REFACCIONES U OTROS:				



[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

El mantenimiento correctivo correrá a cargo del proveedor y la supervisión y control de que se lleve a cabo con oportunidad, calidad y eficacia, es responsabilidad del Área de Conservación de la Unidad Médica, quien emitirá reporte al Administrador del Contrato.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nombre y Firma del Jefe de Servicio o Conservación

Nombre y Firma del Proveedor

Nombre y Firma del Técnico que Realizó el Mantenimiento

[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

**ANEXO T11 (T ONCE)
GUIA DE DISTRIBUCION DE EQUIPO MEDICO**

Se agrega como anexo de la junta de aclaraciones



Anexo T11 Guía de
Distribución Equipo e



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
 No. LA-50- GYR-050GYR002-T-123-2023
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

ANEXO T15 (T QUINCE)
REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS

OOAD:	NÚMERO DE CONTRATO:
UNIDAD MÉDICA:	
PERÍODO: del _____ al _____	NUMERO DE FIANZA
PROVEEDOR	

Total de procedimientos realizados por mes

Clave CPIM	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
SUBTOTAL				
IVA				
TOTAL				

Total de Bienes de Consumo Complementarios utilizados por mes

Clave CPIM	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
SUBTOTAL				
IVA				
TOTAL				

 Director de la Unidad Médica
 Nombre y Firma

 Jefe de Servicio o Coordinador Clínico de la Unidad Médica
 Nombre y Firma

 Administrador de la Unidad Médica
 Nombre y Firma

 Técnico asistente del proveedor
 Nombre y Firma



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNAcional BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050G0YR002-T-123-2023

CONTRATACION DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

**ANEXO T26 (T VEINTISEIS)
CONTROL DE PRODUCTIVIDAD, BIENES BASICOS Y BIENES DE CONSUMO
COMPLEMENTARIOS DE LA CTSI**

Precio	
Año	
Clave del BCC	
Bienes de consumo complementarios	
Mes	
Clave (del procedimiento)	
Procedimiento	
Días de incapacidad	
Agregado del NSS	
NSS	
Nombre del Paciente	
Matricula del Médico	
Apellido materno (del médico)	
Apellido paterno (del médico)	
Nombre del médico	
Clave presupuestal	
Unidad Tratante	
Fecha del Evento	
Ciudad	
Unidad Médica	
OOAD (nombre) DEL	
FOLIOS	

**NOMBRE DEL TECNICO EN SITIO:
NUMERO DE CONTRATO:
IMPORTE TOTAL:
IMPORTE CON IVA:**

**NOTA. ASI MISMO DEBERA DE ENVIARSE ESTA INFORMACION A LOS CORREOS
Sandra.vazquezav@imss.gob.mx, Eder.mora@imss.gob.mx Y ada.aranda@imss.gob.mx.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-123-2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN,
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo hasta de 06 (seis) horas para remitir por CompraNet, las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas, mediante en CompraNet.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación. Para efectos de la notificación, en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Periférico sur número 8000, colonia Santa María Tequepexpan, un ejemplar de la presente acta en el pizarrón de avisos disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 09:15 horas, del día, mes y año en que se actúa

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social		FIRMA
NOMBRE	ÁREA	
Lic. Maria Jose Carrillo Capacete	Jefa de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Dra. Sandra Judith Vázquez Avelar	Enc. De la Coordinación Auxiliar de Segundo Nivel de Atención a la Salud	
Lic. Martha Angélica Gallardo Garcia	Área de Adquisiciones	

