

JUNTA DE ACLARACIONES
LA-50-GYR-050GYR002-T-183-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE GRUPO DE SUMINISTRO 379 CONSUMIBLES MEDICOS PARA EL EJERCICIO 2023

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 9:00 horas, del 6 de septiembre del 2023, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicada en periférico sur numero 8000 colonia Santa María Tequepexpan en Tlaquepaque Jalisco, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 45 y 46 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 37 fracción VI de la Ley de la Materia, el acto fue presidido por la Lic. Maria Jose Carrillo Capacete, Jefa de la Oficina de Adquisición de bienes y contratación de Servicios servidor público designado por la convocante, autorizada mediante Oficio número 14A660611000/102/2023 suscrito por el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, de conformidad con el artículo 1 penúltimo párrafo, de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, artículo 3 fracción II de su reglamento y numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el cual establece que los servidores públicos facultados para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación, suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones, será el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, así como los servidores públicos que en su caso designe el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos mediante oficio (excepto la suscripción de las convocatorias de los procedimientos de licitación pública).

El funcionario público que preside el presente acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron preguntas conformidad al artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, a través de CompraNet que a continuación se describen:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	No. DE PREGUNTAS
1	CARDIOPACE SA DE CV	1
2	DRPRO MED SA DE CV	6
3	HOSPITECNICA SA DE CV	2
4	MEDSOLUTIONS SA DE CV	5
5	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	48

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados como se indica a continuación:

PREGUNTAS REALIZADAS POR: CARDIOPACE SA DE CV

TIPO DE ACLARACIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
ANEXO NUMERO 02 (4. JUNTA DE ACLARACIONES PUNTO II)	CON RELACIÓN AL REQUERIMIENTO EN CANTIDAD SOLICITADO PARA LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3 DEL ANEXO 2 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI LAS CANTIDADES QUE HACEN MENCIÓN SERÁN SUMINISTRADAS DE MANERA MENSUAL HASTA CONCLUIR EL AÑO 2023 FAVOR DE CONFIRMAR....GRACIAS *	LA ENTREGA SERA EN UNA SOLA EXIBICION, DENTRO DE LOS DIEZ (10 DÍAS) NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL CONTRATO- PEDIDO CONSIDERÁNDOSE ESTE PLAZO COMO ENTREGA OPORTUNA

PREGUNTAS REALIZADAS POR : DRPRO MED SA DE CV

TIPO DE ACLARACIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
4. JUNTA DE ACLARACIONES	INFORMAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL NUEVO PORTAL DE COMPRANET, NO PERMITE SUBIR DOCUMENTOS PARA REALIZAR CUESTIONAMIENTOS, YA QUE SE CAPTURAN DIRECTAMENTE EN EL PORTAL, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE DEN RESPUESTA A NUESTROS CUESTIONAMIENTOS SIN NECESIDAD DE QUE SE HAYAN SUBIDO LOS DOCUMENTOS ANEXOS QUE SOLICITAN PARA ENVIAR PREGUNTAS	SERÁN CONTESTADAS TODAS LAS PREGUNTAS QUE SE CAPTUREN EN EL SISTEMA COMPRANET 2023 QUE ES LA ÚNICA FUENTE DONDE SE RECIBIRÁN LAS PREGUNTAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO
PUNTO 6.1. INCISO A ANEXO NÚMERO 12 (DOCE). PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA PROPUESTA SE PUEDA PRESENTAR A RENGLON SEGUIDO, RESPETANDO EL CONSECUTIVO DEL ANEXO REQUERIMIENTO, LO CUAL NO AFECTA LA SOLVENCIA DE NUESTRA PROPUESTA, ¿SE ACEPTA?	SU PROPUESTA ECONOMICA DEBERA SER PRESENTADA, DE MANERA CLARA EN LA CUAL SE IDENTIFIQUE LAS PARTIDAS POR LA QUE PARTICIPA, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS SIN IVA DE CADA UNAS DE ELLAS. ASI MISMO, DEBERÁ CAPTURAR EN LA SECCION ECONOMICA DEL EXPEDIENTE ELECTRONICO DE COMPRANET, CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LA QUE USTED ESTE

JUNTA DE ACLARACIONES
LA-50-GYR-050GYR002-T-183-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE GRUPO DE SUMINISTRO 379 CONSUMIBLES MEDICOS PARA EL EJERCICIO 2023

TIPO DE ACLARACIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
		PARICIPANDO
INCISO "L" OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE IMSS	SOLICITAN "OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL", DERIVADO DE QUE LA OPINION MENCIONA QUE LA VIGENCIA SOLO ES DEL DIA QUE SE EXPIDE, POR LO QUE SE LLEVO A CABO EL DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, DICTADO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, POR EL QUE SE APROBARON LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS APLICABLES A LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PUBLICADAS EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, EL CUAL FUE PUBLICADA EL 4 DE MAYO DEL 2023, LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SERÁ VALIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES. ¿ES CORRECTO?	SI, SI ES CORRECTO
13. PLAZO, LUGAR Y ENTREGA DE LOS BIENES.	DICE "LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS DENTRO DE LOS DIEZ (10 DÍAS) NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL CONTRATO- PEDIDO CONSIDERÁNDOSE ESTE PLAZO COMO ENTREGA OPORTUNA." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACION Y COMPETENCIA ECONOMICA, LA ENTREGA SE PUEDA REALIZAR DENTRO DE LOS "QUINCE" DIAS NATURALES A LA EMISIÓN DEL CONTRATO- PEDIDO CONSIDERÁNDOSE ESTE PLAZO COMO ENTREGA OPORTUNA.", ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
13. PLAZO, LUGAR Y ENTREGA DE LOS BIENES.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACION Y COMPETENCIA ECONOMICA, LA ENTREGA SE PUEDA REALIZAR VIA PAQUETERIA, SIEMPRE ESTANDO EN CONTACTO CON LA PERSONA DEL ALMACEN QUE DESIGNE LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?	EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL CONTRATO- PEDIDO, EN LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UBICADA EN PERIFÉRICO SUR NUMERO 8000 COLONIA SANTA MARIA TEQUEPEXPAN EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO CÓDIGO POSTAL 45600. LA TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES, LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA EN EL LUGAR DE ENTREGA SERÁN A CARGO DEL PROVEEDOR, ASÍ COMO EL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES, HASTA QUE ESTOS SEAN RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR EL INSTITUTO.
7.3 EN LA FIRMA DEL CONTRATO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACION Y COMPETENCIA ECONOMICA, LA FIRMA DEL CONTRATO SE PUEDA GESTIONAR VIA MENSAJERIA, ¿SE ACEPTA?	PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, DEBERÁ PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN PERIFÉRICO SUR, NÚMERO 8000, COLONIA SANTA MARIA TEQUEPEXPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

PREGUNTAS REALIZADAS POR : HOSPITECNICA SA DE CV

TIPO DE ACLARACIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
6.1 DOCUMENTOS QUE DEBERÁN REMITIR POR EL SISTEMA COMPRANET. INCISO L)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA Y VIGENCIA DE UN DÍA HÁBIL ANTERIOR A LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS, ESTO DADO A QUE DICHO DOCUMENTO SOLO CUENTA CON VIGENCIA DE UN DÍA Y CON LA FINALIDAD DE EVITAR QUE POR CAUSAS AGENAS A NOSOTROS NO PODAMOS OBTENERLA EL DÍA DE APERTURA Y QUE NO PODAMOS PRESENTAR NUESTRAS PROPUESTAS EN TIEMPO Y FORMA, FAVOR DE CONSIDERAR.	DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR DICTADO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, POR EL QUE SE APROBARON LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS APLICABLES A LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PUBLICADAS EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PUBLICADO EN EL DOF EL 04/05/2023,

JUNTA DE ACLARACIONES
LA-50-GYR-050GYR002-T-183-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE GRUPO DE SUMINISTRO 379 CONSUMIBLES MEDICOS PARA EL EJERCICIO 2023

		PRIMERA. LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SERÁ VÁLIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES REFERIDAS EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES. POR LO TANTO DEBERÁ PRESENTE OPINIÓN VIGENTE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
ANEXO 2 CLAVE 379 160 0061 00 01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR (Y ENTREGAR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS) CAL SODADA EN PRESENTACIÓN DE GARRAFA DE 5KG, TENIENDO EN CUENTA QUE SE REALIZARÁ LA CONVERSIÓN DEBIDA PARA CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO (DONDE 360 CUBETAS DE 16KG EQUIVALDRÍAN A 1152 GARRAFAS DE 5KG) Y CONSIDERANDO EN LA PROPUESTA ECONOMICA EL PRECIO DE LA PRESENTACIÓN SOLICITADA PARA EVITAR ALGUN TIPO DE CONFUSIÓN O INCONVENIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

PREGUNTAS REALIZADAS POR : MEDSOLUTIONS SA DE CV

TIPO DE ACLARACIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
• NUMERAL 6.1 INCISO S)	• NUMERAL 6.1 INCISO S) EN CASO DE DISTRIBUIDORES, DEBERÁN ENVIAR CARTA EN PAPEL MEMBRETADO Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, EN LA QUE ÉSTE MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPUESTA TÉCNICA QUE SE PRESENTE. POR LA(S) CLAVE(S) EN LA(S) QUE PARTICIPE, INDICANDO EL NÚMERO DE LA LICITACION, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE). PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME, QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PRESENTAR DICHO FORMATO EMITIDO POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	EN CASO DE DISTRIBUIDORES, DEBERÁN PRESENTAR CARTA EN PAPEL MEMBRETADO Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, EN LA QUE ÉSTE MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPUESTA TÉCNICA QUE SE PRESENTE, POR LA(S) CLAVE(S) EN LA(S) QUE PARTICIPE, INDICANDO EL NÚMERO DE LA LICITACION, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE)
• PARTIDA: 379.200.1210.00.01 CIRCUITO DE ANESTESIA PARA ADULTO / PEDIÁTRICO DES	CIRCUITO DE ANESTESIA PARA ADULTO / PEDIÁTRICO DESECHABLE. PRESENTACIÓN: CAJA 25PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MP00161. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 0530356 ANESTESIA, UNIDAD DE. MARCA: DRÄGER. MODELO: FABIUS CE. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE ¿SI REQUIEREN UN CIRCUITO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO SIN ENTRADA LUER LOCK?	EL CIRCUITO DEBERA SER ADULTO / PEDIATRICO, COMO LO MARCA LA DESCRIPCION DEL ARTICULO.
PARTIDA 379 160 0061 00 01 CAL SODADA GRANULAR	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODAMOS OFERTAR EL EQUIVALENTE A LA CUBETA DE 16 KG, EN LA PRESENTACIÓN QUE MANEJA NUESTRO FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
6.1 DOCUMENTOS QUE DEBERÁN REMITIR POR EL SISTEMA COMPRANET. INCISO J) J) DECLAR	DEBEMOS ENTENDER QUE LA COPIA QUE SOLICITAN EN ESTE PUNTO ES LA DEL REGISTRO PATRONAL, ¿ES CORRECTO?	DEBERÁ DE PRESENTAR MANIFIESTO EN FORMATO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE MANIFIESTE QUE SUS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL. (ANEXO NÚMERO 8), Y COPIA DEL REGISTRO PATRONAL.
6.1 DOCUMENTOS QUE DEBERÁN REMITIR POR EL SISTEMA COMPRANET. INCISO J)	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 1 SEA NEGATIVA, FAVOR DE ACLARAR QUE DOCUMENTO SOLICITAN EN COPIA EN ESTE PUNTO.	LAS ACLARACIONES SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COMPRANET 2023.

PREGUNTAS REALIZADAS POR : TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV

TIPO DE ACLARACIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
CLAVE 379-107-1701-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VÍAS.	ES DE UNA VIA.
CLAVE 379-107-0836-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	ES DE UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO: BRAZALETE ADULTO REUSABLE. PRESENTACIO: BOLSA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO:MS14428. PARA SU USO EN

JUNTA DE ACLARACIONES
LA-50-GYR-050GYR002-T-183-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE GRUPO DE SUMINISTRO 379 CONSUMIBLES MEDICOS PARA EL EJERCICIO 2023

TIPO DE ACLARACIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
		EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOSVITALES. MARCA: DRÄGER. MODELO: INFINITY DELTA.
PARTIDA 526-070-0017-00-01	¿SERA CORRECTO OFERTAR BRAZALETE DE 25 A 35 CM DE LARGO? SOLICITAMOS A LA CONVOCANT ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	ES DE DOS VÍAS, PODRA OFERTAR ESTA MEDIDA, SIN SER OBLIGATORIO PARA TODOS LOS DEMAS OFERTANTES, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO: BRAZALETE ADULTO REUSABLE (13 CM). PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: S944B. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2301K.
CLAVE 526-070-0041-00-01	¿SERA CORRECTO OFERTAR UN BRAZALETE PEDIATRICO DE 18-26 CM? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	DOS VÍAS, PODRA OFERTAR ESTA MEDIDA DE BRAZALETE SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS OFERTANTES, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE PEDIATRICO REUSABLE (10 CM). PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: S943C. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2353K.
CLAVE 526-070-0058-00-01	¿SERA CORRECTO OFERTAR BRAZALETE DE 18 A 26 CM DE LARGO? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	DOS VÍAS, PODRA OFERTAR ESTA MEDIDA DE BRAZALETE SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS OFERTANTES, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE PEDIATRICO REUSABLE (5 CM). PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: S943A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2353K.
CLAVE 379-107-1685-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL, NIÑO, REUTILIZABLE, 12 A 19 CM, PRESENTACION:PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 714-0020-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO:CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
CLAVE 379-107-1719-00-01	¿SERA CORRECTO OFERTAR UN BRAZALETE PEDIATRICO DE 18-26 CM? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL, ADULTO PEQUEÑO, REUTILIZABLE, 17 A 25 CM,PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 714-0021-00. PARA SU USO EN EL EQUIPOMEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABSHEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
CLAVE 379-107-1735-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL, ADULTO, REUTILIZABLE, 23 A 33 CM, PRESENTACION:PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 714-0023-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO:CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
CLAVE 379-107-2980-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANT ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO: BRAZALETE PARA PANI PEDIATRICO REUSABLE, 1 VIA PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DECATALOGO: 0010-30-12158. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MEDICA D. MODELO: LOGICARE 2000.
CLAVE 379-107-2113-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANT ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE CON CONECTOR PARA NIBP PEDIATRICO, CM1202, 18-26CM. PRESENTACION:PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-30-12158. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DESIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403.

JUNTA DE ACLARACIONES
LA-50-GYR-050GYR002-T-183-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE GRUPO DE SUMINISTRO 379 CONSUMIBLES MEDICOS PARA EL EJERCICIO 2023

TIPO DE ACLARACIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
		MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
CLAVE 379-107-2980-00-01	¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE PARA PANI PEDIATRICO REUSABLE, 1 VIA PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DECATALOGO: 0010-30-12158. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES.CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MEDICA D. MODELO: LOGICARE 2000.
CLAVE 379-107-2956-00-01	¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE PARA PANI NEONATAL REUSABLE, 1 VIA PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DECATALOGO: 0010-30-12157. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES.CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MEDICA D. MODELO: LOGICARE 2000.
CLAVE 379-107-2865-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANT ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE PARA ADULTO GRANDE (33-47 CM) CON CONECTOR. PRESENTACION: PZA. NUMERODE CATALOGO: 0010-30-12160. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE531.619.0403. MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MINDRAY. MODELO: MEC-2000.
CLAVE 379-107-2873-00-01	¿SERA CORRECTO OFERTAR BRAZALETE CON CONECTORES HEMBRA Y MACHO?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE (MANGUITO) PARA PANI, ADULTO, GRANDE, REUSABLE, CON MANGUERA DOBLEDE INSUFLACION Y CONECTORES.PRESENTACION: 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2753.PARA SU USO EN EL EQUIPO: CENTRAL DE MONITOREO MULTIPLES CAMAS. SEIS CAMAS,ADULTO CLAVE: 531.632.0554.03.01. MARCA: GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO. MODELO:CARESCAPE B650 / CIC-PRO.
CLAVE 379-107-1701-00-01	¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	DOS VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL, ADULTO GRANDE, REUTILIZABLE, 32 A 46 CM,PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 714-0026-00. PARA SU USO EN EL EQUIPOMEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABSHALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
CLAVE 379-107-0836-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANT ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE ADULTO REUSABLE. PRESENTACIO: BOLSA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO:MS14428. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOSVITALES. MARCA: DRÄGER. MODELO: INFINITY DELTA.
CLAVE 526-070-0629-00-01	¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE PARA PANI PEDIATRICO, MEDIDAS: 13-18 CM DE 1 VIA REUTILIZABLE, ANCHO:7CM, YAWARA CUFF2 LIBRE DE LATEX (MODELO: YP-711T). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: S951B. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES.CLAVE:531.619.0403. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: PVM-2700K, BSM-1700K,BSM-2300K,BSM-3000K, BSM-6000K, CSM-1500K.
CLAVE 526-070-0637-00-01	QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE PARA PANI ADULTO, MEDIDAS: 23-33 CM DE 1 VIA REUTILIZABLE, ANCHO: 7CM,YAWARA CUFF2 LIBRE DE LATEX (MODELO: YP-711T). PRESENTACION: PIEZA. NUMERODECATALOGO: S951D. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES.CLAVE:531.619.0403. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: PVM-2700K, BSM-1700K,BSM-2300K,BSM-3000K, BSM-6000K, CSM-1500K.
CLAVE 379-107-2899-00-01	¿SERA CORRECTO OFERTAR BRAZALETE DE 18-26 CM DE LARGO?	DOS VIAS, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO,



JUNTA DE ACLARACIONES
LA-50-GYR-050GYR002-T-183-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE GRUPO DE SUMINISTRO 379 CONSUMIBLES MEDICOS PARA EL EJERCICIO 2023

TIPO DE ACLARACIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANT ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	BRAZALETE PEDIATRICO REUSABLE (10 CM). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: S943C. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0372. MARCA: PLARRE/NIHON KOHDEN. MODELO: 9500/BSM-2353K.
CLAVE 526-070-0694-00-00	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	DOS VIAS, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE PARA PANI ADULTO MEDIDA: 26-36 CM DE 1 VIA REUTILIZABLE, MODELO: YP-964T. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE PARTE: S944C. PARA SU USO EN LA FAMILIA: DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELOS: TEC-5600, TEC-8300.
CLAVE 526-070-0041-00-01	¿SERA CORRECTO OFERTAR BRAZALETE DE 18 A 26 CM DE LARGO? SOLICITAMOS A LA CONVOCANT ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	DOS VIAS, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE PEDIATRICO REUSABLE (10 CM). PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: S943C. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN MODELO: 9500 /BSM-2353K.
CALVE 379-107-2295-00-01	¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE? SOLICITAMOS A LA CONVOCANT ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, MAGUITO REUSABLE SIN BOLSA INFABLE INTERNA. INFANTIL PEQUEÑO 18-26CM MOD. CM1302. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 040-000978-00. PARA USO EN ELEQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: BENEVIEW T8.
CLAVE 379-107-2303-00-01	¿SERA CORRECTO OFERTAR MANGUITO DE UNA VÍA?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, MANGUITO REUTILIZABLE PARA NIBP NO INVASIVA 10-19CM INFANTIL CON CONECTOR MODCM1201. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-30-12157. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: BENEVIEW T8.
CLAVE 379-107-2329-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, MANGUITO REUTILIZABLE PARA NIBP NO INVASIVA 25-35CM ADULTO CON CONECTOR MODCM12023. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-30-12159. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: BENEVIEW T8.
CLAVE 379-107-2352-00-01	¿SERA CORRECTO OFERTAR BRAZALETE DE 6-11 CM DE LARGO? SOLICITAMOS A LA CONVOCANT ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	NO ES CORRECTO, UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, MANGUITO REUTILIZABLE PARA NIBP NO INVASIVA 7-13CM PEQUEÑO CON CONECTOR MODCM1200. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 115-002480-00. PARA USO EN ELEQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: BENEVIEW T8.
CLAVE 526-070-0918-00-00	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE REUTILIZABLE TAMAÑO PEDIATRICO (18-26CM). MODELO: CM1302. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 01.57.040211. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. CLAVE: 531.619.0411. MARCA: ADVANCED. MODELO: P
CLAVE 379-107-2105-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANT ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE CON CONECTOR PARA NIBP INFANTIL, CM1201, 10-19CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-30-12157. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DESIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
CLAVE 379-107-0935-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANT ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE PEDIATRICO REUSABLE. PRESENTACION: BOLSA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS14430. PARA SU

JUNTA DE ACLARACIONES
LA-50-GYR-050GYR002-T-183-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE GRUPO DE SUMINISTRO 379 CONSUMIBLES MEDICOS PARA EL EJERCICIO 2023

TIPO DE ACLARACIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
		USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOSVITALES. MARCA: DRÄGER. MODELO: INFINITY DELTA XL.
CLAVE 379-107-0844-00-01	¿SERÁ CORRECTO OFERTAR BRAZALETE DE 25 A 35 CM DE LARGO? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE ADULTO REUSABLE. PRESENTACION: BOLSA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO:MS14428. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOSVITALES. MARCA: DRÄGER. MODELO: INFINITY DELTA XL.
CLAVE 379-107-2956-00-01	¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE PARA PANI NEONATAL REUSABLE, 1 VIA PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DECATALOGO: 0010-30-12157. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES.CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MEDICA D. MODELO: LOGICARE 2000.
CLAVE 379-107-2956-00-01	¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE PARA PANI NEONATAL REUSABLE, 1 VIA PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DECATALOGO: 0010-30-12157. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES.CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MEDICA D. MODELO: LOGICARE 2000.
CLAVE 379-107-2980-00-01	¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE PARA PANI PEDIATRICO REUSABLE, 1 VIA PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DECATALOGO: 0010-30-12158. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES.CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MEDICA D. MODELO: LOGICARE 2000.
CLAVE 379-107-2071-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE CON CONECTOR PARA NIBP ADULTO GRANDE, CM1204, 33-47CM. PRESENTACION:PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-30-12160. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DESIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
CLAVE 379-107-2071-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE CON CONECTOR PARA NIBP ADULTO GRANDE, CM1204, 33-47CM. PRESENTACION:PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-30-12160. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DESIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
CLAVE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	NO ESPECIFICA LA CLAVE A LA QUE SE REFIERE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 PARRAFO 6, SU PREGUNTA NO PUEDE SER ATENDIDA.
CLAVE 379-107-1800-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE ADULTO GRANDE REUSABLE SIN LATEX DE 31-40 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS14425. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: MONITOR DE SIGNOSVITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY DELTA.
CLAVE 379-107-2600-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE REUSABLE TAMAÑO ADULTO (25-35CM). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 01.57.040205. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: ADVANCED. MODELO: PM-2000XL PRO.
CLAVE 379-107-1826-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS.	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE INFANTIL REUSABLE SIN LATEX DE 8-13 CM.

JUNTA DE ACLARACIONES
LA-50-GYR-050GYR002-T-183-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE GRUPO DE SUMINISTRO 379 CONSUMIBLES MEDICOS PARA EL EJERCICIO 2023

TIPO DE ACLARACIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
	¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS14434. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY DELTA.
CLAVE 379-107-1693-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SDI SE REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VÍAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE QUE TIPO DE CONECTOR (S) DEBERÁ LLEVAR EL BRAZALETE	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL, ADULTO GRANDE, REUTILIZABLE, 31 A 40 CM, PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 714-0025-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABSHEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
CLAVE 379-107-2097-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE CON CONECTOR PARA NIBP ADULTO, CM1203, 25-35CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-30-12159. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
CLAVE 379-107-2600-00-00	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE REUSABLE TAMAÑO ADULTO (25-35CM). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 01.57.040205. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS MEDICOS: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. /MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. CLAVE: 531.619.0411. MARCA: ADVANCED. MODELO: PM-2000XL PRO./PM-2000XL.
CLAVE 526-070-0918-00-00	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE REUTILIZABLE TAMAÑO PEDIATRICO (18-26CM). MODELO: CM1302. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 01.57.040211. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. CLAVE: 531.619.0411. MARCA: ADVANCED. MODELO: P
CLAVE 379-107-0927-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE PEDIATRICO REUSABLE. PRESENTACION: BOLSA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS14430. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DRÁGER. MODELO: INFINITY DELTA.
CLAVE 379-107-2931-00-01	¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE PARA PANI ADULTO REUSABLE, 1 VIA PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-30-12159. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MEDICA D. MODELO: LOGICARE 2000.
CLAVE 379-107-1727-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL, ADULTO PEQUEÑO, REUTILIZABLE, 17 A 26 CM, PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 714-0022-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABSHEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
CLAVE 379-107-2931-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS. ¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO, BRAZALETE PARA PANI ADULTO REUSABLE, 1 VIA PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-30-12159. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MEDICA D. MODELO: LOGICARE 2000.
CLAVE 379-107-2097-00-01	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O E DOS VÍAS.	UNA VIA, EL CONECTOR DEBERA CORRESPONDER A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO,

JUNTA DE ACLARACIONES
LA-50-GYR-050GYR002-T-183-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE GRUPO DE SUMINISTRO 379 CONSUMIBLES MEDICOS PARA EL EJERCICIO 2023

TIPO DE ACLARACIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
	¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE REQUIERE?	BRAZALETE CON CONECTOR PARA NIBP ADULTO, CM1203, 25-35CM. PRESENTACION: PIEZA NUMERO DE CATALOGO: 0010-30-12159. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOSVITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
13. PLAZO, LUGAR Y ENTREGA DE LOS BIENES.	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE EMITIRÁ UN CONTRATO PEDIDO CON ENTREGA A 10 DÍAS DESPUES DEL FALLO?	SI ES CORRECTO



Los participantes tendrán un plazo de **6 horas** para realizar preguntas que estime pertinentes en relación con las respuestas y aclaraciones realizadas por la convocante, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

Se informa a los licitantes que la recepción de propuestas será el día 13 septiembre del 2023 a las 13:00 horas

Para efectos de la notificación, en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 09:25 Horas, del día en que se actúa.

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Maria José Carrillo Capacete	Jefa de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus	Coordinador de Ingeniería Biomédica	Christopher Guillermo Oliva Niehus
Luis Alfonso Gomez Rodriguez	Área de Adquisiciones	

Por el Órgano Interno de Control

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Luis Enrique Gutierrez Valadez	Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública; de Quejas, Denuncias e Investigaciones Oficio 00641/30.102/2577/2023	